

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 231660

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:34 del día 29/5/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 231660 - LPN 28-12 ADQUISICION DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS de la Institución:

Código Verificador: 8448d59171964d61f047974971b6bb5f

Nivel de Entidad:	ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Entidad:	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
UOC:	UOC IPS
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 1.2.11: 1) Sugerimos que la Pantalla LCD sea un requisito obligatorio, ya que al solicitar equipos de última generación la pantalla se convierte en un componente primordial que permite visualizar el estado de la Diálisis y los parámetros correspondientes, además los perfiles de conductividad y ultrafiltración para su correcta utilización y mejor manejo por parte del personal del servicio es conveniente contar con una pantalla para programar los parámetros.	18-04-2012	11:04:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 2.	26-04-2012	15:31:13

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 1.2.18: Solicitamos que los equipos deben incluir la función del Perfil de Concentración de Bicarbonato (HCO3) en forma obligatoria, ya que existen estudios científicos que demuestran que con la modulación de perfiles descendentes de los pacientes presentan una mayor tolerancia cardiovascular, con menor morbilidad intradiálisis y se consigue una mayor eficacia de diálisis.	18-04-2012	11:04:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 2.	26-04-2012	15:31:55

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice:1.4.2 Monitoreo de presión de la sangre venosa en un rango de (-80 a menor) a (+500 a mayor) mm Hg. Solicitamos se acepte rango de -50 a +300 mmHg, pues se ajusta a las normas internacionales y da mayor posibilidad de participacion oferentes	20-04-2012	09:04:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 2.	26-04-2012	15:32:12

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Favor aclarar a que temperatura se refiere este ítem. Solicitamos se acepte temperatura de ambiente de trabajo de 10°-30° (Norma internacional) y temperatura de alimentación de agua 5° - 30°.	20-04-2012	09:04:12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El punto 1.3.3 hace referencia a la temperatura del baño de Diálisis. El oferente se deberá ajustar a lo solicitado.	26-04-2012	15:32:32

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 6. eliminar la exigencia de contratos anteriores contraponerse a la ley de contrataciones al imponer condiciones técnicas o formales innecesarias, pues con esto se limita la oportunidad de mayor participación de oferentes con nuevas tecnologías, ocasionando a la Convocante un menor posibilidad de obtener las mejores condiciones técnicas y económicas en las adquisiciones.	20-04-2012	09:04:22

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente se deberá ajustarse a al Pliego de Bases y Condiciones.-	26-04-2012	15:33:57

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 13. eliminar la exigencia de experiencia comprobada en servicios nacionales por contraponerse a la ley de contrataciones al imponer condiciones técnicas o formales innecesarias, pues con esto se limita la oportunidad de mayor participación de oferentes con nuevas tecnologías, ocasionando a la Convocante un menor posibilidad de obtener las mejores condiciones técnicas y económicas en las adquisiciones.	20-04-2012	09:04:51

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente se deberá ajustarse a al Pliego de Bases y Condiciones.-	26-04-2012	15:34:33

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
14. El oferente deberá presentar declaración jurada en donde se establezca que los equipos ofertados tendrán por al menos diez (10) años la provisión de repuestos y partes originales nuevas por parte del fabricante. Si fuere adjudicado, el documento de fabrica, Visado y Legalizado por los estamentos pertinentes sobre la provisión de repuestos y partes en el tiempo establecido.- Favor aclarar cuales son esos "estamentos pertinentes" que deben legalizar la declaracion jurada.	20-04-2012	09:04:48

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara: ¿Estamentos pertinentes? se refiere al Consulado del país de origen y Ministerio de Relaciones Exteriores.	26-04-2012	15:34:55

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
12. Copia Autenticada de la Certificación emitida por el fabricante, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado donde conste la fecha de fabricación. En el caso de resultar adjudicada, la empresa deberá presentar la Certificación legalizada por el Consulado del país de origen.- Solicitamos la eliminación de este ítem, pues es totalmente improcedente, ya que el fabricante no puede anticipar la fecha de fabricación al no saber en que momento le será confirmada la orden de compra. Los equipos se fabrican sobre pedido, salvo aquellos que la fabrica lo tenga en stock por devoluciones, contratos cancelados o remanufacturados.	20-04-2012	09:04:16

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 2.	26-04-2012	15:35:16

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.3.1: Conductividad total: en el rango 12 a 17 ms/cm. CONSULTA: PODRIAN CONSIDERARSE EL RANGO DE CONDUCTIVIDAD DE 12,8 A 15,7?? Solicitamos las inclusiones o aumentos de rangos, debido que estos rangos solicitados se encuentran dirigidos.	20-04-2012	11:04:22

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 2.	26-04-2012	15:48:14

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.3.3: Temperatura: en el rango de 33 a 40 °C. CONSULTA: PODRIAN CONSIDERARSE LOS RANGOS DE 35 A 39 °C?? Solicitamos las inclusiones o aumentos de rangos, debido que estos rangos solicitados se encuentran dirigidos.	20-04-2012	11:04:51

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El punto 1.3.3 hace referencia a la temperatura del baño de Diálisis. El oferente se deberá ajustar a lo solicitado.	26-04-2012	15:48:42

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.4.1: Monitoreo de presión de la sangre arterial en un rango de (-200 o menor) a (+200 o mayor) mm Hg. CONSULTA: PODRIA CONSIDERARSE RANGOS DE (-300 A + 250)?? Solicitamos las inclusiones o aumentos de rangos, debido que estos rangos solicitados se encuentran dirigidos	20-04-2012	11:04:17

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los rangos propuestos cumplen con lo solicitado en las especificaciones técnicas; -300 es menor a -200 y 250 es mayor a 200.	26-04-2012	15:49:29

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la entrega total del ítem sea efectuado dentro de los 90 (noventa) días a partir del cobro del Anticipo	20-04-2012	11:04:59

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 2.	26-04-2012	15:49:57

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos se mantenga el Perfil de Concentración de Bicarbonato en forma OPCIONAL, ya que de ser Obligatoria dicho Perfil limitara la presencia de oferentes interesados en presentar ofertas y la licitación estaria muy dirigida.	20-04-2012	03:04:22

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 2.	26-04-2012	15:50:23

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se indica: 1.1.7: AÑO DE LANZAMIENTO DEL MODELO OFERTADO CON UNA ANTIGÜEDAD MAXIMA DE CINCO AÑOS. Para garantizar que la institución pueda adquirir un equipo con las mejores características y con tecnología de última generación, sugerimos que la antigüedad máxima del lanzamiento del modelo a ofertar sea de 3 (tres) años. Sugerimos se agregue en las especificaciones la siguiente característica: ? El equipo ofertado deberá contar con una Modalidad de ahorro o stand by en el cuál, en caso de encontrarse en espera de la conexión del paciente, sea posible reducir o evitar el consumo de los concentrados de hemodiálisis y agua tratada hasta el ingreso en la modalidad de tratamiento. Este pedido obedece a que esta característica representa un gran ahorro en insumos para la institución y es una función habitual en equipos de última generación.	23-04-2012	11:04:08

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a las especificaciones solicitadas. El oferente podrá cotizar equipos con funcionalidades adicionales sin detrimento a las especificaciones solicitadas.	26-04-2012	15:50:47

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos que el perfil de bicarbonato sea obligatorio por ser de gran importancia ya que favorece la tolerancia al tratamiento por parte de los pacientes, esta característica no esta dirigida a un equipo en particular, ya que existen varios modelos de maquinas de hemodialisis de diferentes fabricantes que cuentan con el perfil de bicarbonato, es mas en la actualidad en el servicio de nefrologia del IPS se tienen dos modelos de maquinas de diferentes fabricantes que cuentan con dicho sistema.	24-04-2012	09:04:20

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 2.	26-04-2012	15:51:10

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos se mantenga el Perfil de Concentrado de Bicarbonado (HCO3) Programable OPCIONAL como lo solicitaron a principio en el Pliego de Bases y condiciones, ya que de ser Obligatoria dicho Perfil limitara la presencia de oferentes interesados en presentar ofertas y la licitación estaria muy dirigida.	30-04-2012	10:04:46

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3 la que será publicada una vez aprobada por el Consejo de Administración del IPS. Al mismo tiempo informamos que serán prorrogados los plazos, de manera a cumplir con los plazos establecidos por la DNCP.-	04-05-2012	11:59:43

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	Sin categorizar	1	007.1508.023383/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	28-05-2012	28-05-2012	24-11-2012
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	Sin categorizar	2	15.1508.696	Póliza	GARANTIA	28-05-2012	29-05-2012	25-11-2012
VENTAS PARAGUAYAS S.A. - 80012330-1	Sin categorizar	3	04.1508.1274	Póliza	SEGESA	26-05-2012	28-05-2012	09-11-2012
INFOTEC SA - 80021897-3	Grande	4	23.1508.002848.00	Póliza	El Sol del Paraguay S.A.	28-05-2012	28-05-2012	30-10-2012

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42161632-001	Equipo de hemodialisis					12
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	Fresenius Medical Care	Fresenius Medical Care	Fresenius 4008S Classic	Alemania	Máquinas de Hemodiálisis MARCA: FRESENIUS MODELO: 4008S CLASSIC	121.000.000	1.452.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	NIPRO	NIPRO	DIAMAX	JAPÓN		77.000.000	924.000.000
VENTAS PARAGUAYAS S.A. - 80012330-1	B BRAUN	B BRAUN	DIALOG +	ALEMANIA	Equipo de hemodialisis	100.000.000	1.200.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	JIHUA	JIHUA MEDICAL APPARATUS	JHM-2028	CHINA	Maquina de Hemodialiisis	60.000.000	720.000.000

Beneficio MyPIMES
Listado General de todas las Ofertas

1 - LPN 28-12 ADQUISICION DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOTEC SA - 80021897-3	606.000.000	29-05-2012	08:32:20.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f169664f912d9215ed172a6dec460573	
INFOTEC SA - 80021897-3	612.000.000	29-05-2012	08:31:21.841	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5298540bdb1a85207c6277863524adb	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	620.400.000	29-05-2012	08:32:19.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0069a3623f2a45065af7a6d07cf509e	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	623.000.000	29-05-2012	08:31:12.514	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4373bc09e36555736355a7d304e98708	
INFOTEC SA - 80021897-3	624.000.000	29-05-2012	08:28:50.380	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8970258c8a8afd95ca005c418db08c7e	
INFOTEC SA - 80021897-3	636.000.000	29-05-2012	08:28:23.135	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ef82d7237f874d3b1744d7aa2c1060d	

Listado General de todas las Ofertas

IMPORTEX S.A. - 80017358-9	647.500.000	29-05-2012	08:28:14.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	722a7e12d62b0f492b2a1bfd4f780bd7	
INFOTEC SA - 80021897-3	648.000.000	29-05-2012	08:27:57.826	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5196fcfcc5b8a01d69ac6e45570401e	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	655.000.000	29-05-2012	08:27:46.970	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6231576a08827748b05e3c67b884983c	
INFOTEC SA - 80021897-3	660.000.000	29-05-2012	08:25:14.024	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2558bd27b0169a4c6e181ae83b176af	
INFOTEC SA - 80021897-3	696.000.000	29-05-2012	08:22:47.202	Etapa de Puja
		Código Verificador:	08b1982cff54324528c9e836726629bc	
VENTAS PARAGUAYAS S.A - 80012330-1	696.000.000	29-05-2012	08:24:57.380	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f42e51d7f020ee1c90a8bb41e85b9dc4	
VENTAS PARAGUAYAS S.A - 80012330-1	714.000.000	29-05-2012	08:20:55.348	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1e3f96689d98322ea17b43d71674b345	
INFOTEC SA - 80021897-3	720.000.000	29-05-2012	08:02:14.878	Propuesta
		Código Verificador:	f694c05e0df6f43a9548a7fb6b5ca612	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	835.000.000	29-05-2012	08:25:40.340	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fbdc391f7a4a06d83c8614f1edc21b4	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	839.520.000	29-05-2012	08:25:14.765	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a5df840e60f3627190f8a2385f8abca	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	871.200.000	29-05-2012	08:24:54.478	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	863a6f81f1eaad0b4e5f95438555eb97	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	880.000.000	29-05-2012	08:24:26.581	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7ff4842e813b0da08153f7dc0b4dfcbe	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	880.440.000	29-05-2012	08:20:18.672	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4d6d66b1a3f17e3f9ed19fc3267023b0	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	890.900.000	29-05-2012	08:19:54.917	Etapa de Puja
		Código Verificador:	dfef990fca606ca342bbe470952b8cc8	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	891.000.000	29-05-2012	08:19:21.279	Etapa de Puja
		Código Verificador:	89e303a09651abe1c861740051e25547	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	898.000.000	29-05-2012	08:18:48.840	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f9711174053f03be5e2fdcf35c1bb119	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	898.920.000	29-05-2012	08:17:18.618	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d05ed1b2b81d140d8f8224575bd2daa6	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	922.900.000	29-05-2012	08:16:35.445	Etapa de Puja
		Código Verificador:	56574f7bd3d729c12dfdf21c4f4ad841	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	924.000.000	29-05-2012	08:02:14.880	Propuesta
		Código Verificador:	254ef0ab21d66566599f747aa20659eb	
VENTAS PARAGUAYAS S.A - 80012330-1	1.200.000.000	29-05-2012	08:02:14.881	Propuesta
		Código Verificador:	dff329de1e87bf428244658afeca349b	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.452.000.000	29-05-2012	08:02:14.876	Propuesta
		Código Verificador:	2f6ce9578e65980391e6fe3e7af7868f	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LPN 28-12 ADQUISICION DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

Oferente	Mejor Precio
INFOTEC SA - 80021897-3	606.000.000
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	620.400.000
VENTAS PARAGUAYAS S.A - 80012330-1	696.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	839.520.000

Items Ganados por Proveedor

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80021897-3 - INFOTEC SA

Item	Precio Ganador
1 - LPN 28-12 ADQUISICION DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS	606.000.000

Listado de Mensajes

1 - LPN 28-12 ADQUISICION DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-05-2012	08:10:58.929
Buenos días, comenzamos la Subasta.	29-05-2012	08:11:20.881
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	29-05-2012	08:14:02.655
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	29-05-2012	08:14:11.594
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-05-2012	08:14:15.628
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-05-2012	08:15:06.563
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-05-2012	08:15:11.015
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-05-2012	08:24:49.079
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-05-2012	08:33:48.406
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-05-2012	08:33:48.475

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.