

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 272923

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:38 del día 20/1/2015, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 272923 - ADQUISICION DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER de la Institución:

Código Verificador: a2747df3de7c25d82b0c3d6d8cfc8257

Nivel de Entidad:	PODER EJECUTIVO
Entidad:	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
UOC:	UOC Nro 1 NIVEL CENTRAL (D.O.C) - DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES(D.O.C) - NIVEL CENTRAL
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos el cambio de las Especificaciones técnicas del Ecografo del Item 2, pues las Funciones tales como: - M View. - TP View. - CMM - XMM. - X View. - X 4D. - Elaxto. Son tecnologías propietarias de la marca Esaote, lo va en total contrasentido de la Ley 2051 de Contrataciones Publicas. Adjuntamos catalogo de la marca Esaote, modelo My Lab70, donde se encuentran estas especificaciones	24-06-2014	18:42:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:37:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas (Adenda 1 - Página 1) se solicita: Panel de control con pantalla táctil integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las funciones del sistema. Solicitamos que se acepten equipos con teclado físico, que minimiza las repeticiones de los movimientos de la mano y además, facilita el aprendizaje de la memoria motriz.	30-06-2014	16:59:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:37:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas (Adenda 1 - Página 1) se solicita: Rango dinámico de 230 dB como mínimo o superior. Solicitamos que se acepten equipos con un rango dinámico de 210 dB como mínimo o superior, de modo a dar participación a un mayor número de oferentes.	30-06-2014	17:04:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:38:04

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas (Adenda 1- Página 2) se solicita: Cine Loop de 1000 cuadros o superior. Solicitamos que se acepten equipos con memoria cine de al menos 400 cuadros, de modo a dar participación a un mayor número de oferentes.	01-07-2014	08:24:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:38:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas (Adenda 1- Página 3) se solicita Transductor Convex Array con un ancho de banda de 1 a 7 Mhz. Solicitamos que se acepten transductores convexos de 2 a 6 Mhz, considerando que la diferencia es mínima y no tendría efectos en la calidad de la imagen.	01-07-2014	08:29:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:38:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas (Adenda 1- Página 3) se solciita: transductor intracavitario con un ancho de banda de 3 a 9 Mhz. Solicitamos que se acepten transductores intracavitarios con un ancho de banda de 4 a 9 Mhz, considerando que la diferencia es mínima y no tendría efecto en la calidad de la imagen.	01-07-2014	08:34:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:41:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas (Adenda 1- Página 3) se solciita: transductor lineal con un ancho de banda de 4 a 13 Mhz. Solicitamos que se acepten transductores lineales con un ancho de banda de 5 a 14 Mhz, considerando que la diferencia es mínima y no tendría efecto en la calidad de la imagen.	01-07-2014	08:44:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:41:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas (Adenda 1- Página 3) se solciita: transductor intraoperatorio con un ancho de banda de 3 a 11 Mhz. Solicitamos que se acepten transductores intraoperatorios con un ancho de banda de 5 a 14 Mhz, considerando que la diferencia es mínima y no tendría efecto en la calidad de la imagen.	01-07-2014	08:51:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:41:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección Especificaciones Técnicas (Adenda 1- Página 4) se solicita: "Potencia de 7kW como mínimo" Solicitamos que se acepten equipos con potencia de 5 kW y que a la vez, cumplan con el rango de mAs solicitado (5 mAs a 600 mAs). Esto con el fin de dar participación a equipos cuyos generadores tengan un menor consumo de energía sin afectar la potencia radiográfica necesaria para una buena calidad de imagen.	01-07-2014	08:56:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:41:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas descritas para el Item 1, Código de Catálogo 42201803-002, Mamógrafo, corresponden a un Ecógrafo Digital de Alta resolución. Así mismo, las especificaciones técnicas, descritas para el Item 2, código de Catálogo 42201718-001, Ecógrafo, corresponden a un mamógrafo digital. CONSULTAMOS, asumiendo que las especificaciones están invertidas, si las especificaciones permanecerían invariables cambiando sólo el título del equipo al que corresponden.	01-07-2014	16:49:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:41:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En la página 10 del PBC solicitan: "...Infraestructura necesarios para la puesta en marcha del equipo según recomendaciones del fabricante. El equipo se entregará y se instalará en el ambiente que designe el instituto..." Solicitamos aclarar por favor cual es la sala destinada para la instalación de este equipo, y permitir realizar una visita técnica en el Instituto Nacional del Cáncer para verificar las condiciones de la sala actual, corroborar si cuenta con las adecuaciones y condiciones exigidas por Protección Radiológica y las dimensiones para la instalación del equipo a ser proveído. Por favor designar un encargado para acompañar esta visita, indicar nombre y teléfono.	01-07-2014	17:02:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se proveerán los datos del encargado del Instituto Nacional del Cáncer que acompañará esta visita, para lo cual deberán ponerse en comunicación con la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud ? Dirección Biomédica, Tel. 444-666.	11-07-2014	12:43:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 1 La Descripción del Bien del Item 1 dice Mamógrafo sin embargo las Especificaciones Técnicas que siguen corresponden a un Ecógrafo, de la misma manera en el Item 2 la Descripción del Bien dice Ecógrafo sin embargo las Especificaciones Técnicas que siguen corresponden a un Mamógrafo si bien interpretamos esto como un error involuntario solicitamos se aclare.	01-07-2014	17:02:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.	11-07-2014	12:43:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 2 En el Item donde se especifica un Ecógrafo se solicita Frame Rate de 700 Hz o superior, solicitamos se acepten equipos de 500 Hz o superior ya que esta diferencia no afecta el rendimiento del equipo.	01-07-2014	17:04:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:43:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 3 En el Item donde se especifica un Ecógrafo bajo el título Características generales se solicita Rango Dinámico de 230 dB, solicitamos se acepten equipos de 180 dB.	01-07-2014	17:05:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:43:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 4 En el Item donde se especifica un Ecógrafo bajo el título Software para las siguientes aplicaciones se solicita Todos los transductores ofertados deben tener capacidad de realizar el estudio de elastografía., en cualquier marca, no todos los transductores soportan elastografía, normalmente la soportan los transductores Lineales e Intracavitarios solamente. Solicitamos aclaración en este punto.	01-07-2014	17:06:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:44:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta que es un documento oficial que modifica el pliego de bases y condiciones de la licitación, solicitamos se corrija la Adenda n° 1 puesto que se han intercambiado las especificaciones técnicas de los equipos solicitados.	01-07-2014	17:06:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:44:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 5 En el Item donde se especifica un Ecógrafo bajo el título Transductores se solicita Transductor Convex array con un ancho de banda de 2 a 7 MHz., solicitamos se acepten transductores Convex array de 4 a 9 MHz.	01-07-2014	17:06:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:44:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 6 En el Item donde se especifica un Ecógrafo bajo el título Transductores se solicita Transductor Lineal array Intraoperatorio con un ancho de banda de 3 a 11 MHz., solicitamos se acepten transductores Lineal array Intraoperatorio de 7 a 15 MHz.	01-07-2014	17:07:09

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:44:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos reducir a 5 Kv la potencia minima para dar lugar a ofertas mas ventajosas con las mismas prestaciones de funcionalidad y calidad de imagen.	01-07-2014	17:08:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:45:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor aclarar que tipo de monitores para la estacion de adquisicion/trabajo se solicita, ya que piden dos dimensiones diferentes en parrafos sucesivos.	01-07-2014	17:15:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:45:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos aceptar impresoras digitales con resolucion de hasta 75 micrones, ya que la resolucion maxima de adquisicion de la mayoría de los mamografos es de 85 micrones.	01-07-2014	17:21:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:45:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Rango de mAs: 5mAs (o menos) a 600 mAs (o más), consultamos si es favtible ofertar equipos con rangos de hasta 500 mAs o más.	01-07-2014	17:36:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:45:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Puntos Focales: "..... y foco grueso de 0.3mm o menor", consultamos si no debería ser 0.3 mm o mayor	01-07-2014	17:38:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:45:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: "El equipo ofertado debe ser compatible con estereotaxia", consultamos, si el equipo debe tener incluida la función de estereotaxia o debe tener posibilidad de incluir la opción a futuro.	01-07-2014	17:40:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:46:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "sistema difital de imagen con un área de detector plano de 24cm o mayor x 30cm o mayor", consultamos si se pueden ofertar equipos con área de 24cm o mayor x 29cm o mayor	01-07-2014	17:42:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:46:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice:" Resolución espacial de 5.5lp/mm como mínimo, consultamos si se pueden ofertar equipos con resolución espacial desde 5 lp/mm.	01-07-2014	17:44:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:46:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos la eliminacion, o ajuste en igualdad de condicion, de la CGC 26.1 puesto que se trata de una clausula leonina al penalizar con porcentajes superiores y plazos muy inferiores al que se establece en caso que la convocante sea la que no cumple con lo acordado, por tanto contraviene el criterio de equidad que debe regir todo contrato o de lo contrario generan un desequilibrio manifiesto entre las obligaciones, cargas y derechos de las partes.	01-07-2014	17:49:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo establecido en el PBC.	11-07-2014	12:46:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Capacidad de Almacenamiento de 20.000 imágenes o más". Sugerimos, modificar la especificación a Capacidad de Almacenamiento del Disco, ya que la cantidad de Imágenes almacenadas podrá depender de la naturaleza o contenido de las imágenes y del tipo de archivo con el cual sean almacenadas	01-07-2014	17:56:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:47:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Tres puertos activos para conexion de transductores" Solicitamos aumentar en este punto a cuatro puertos activos, ya que se solicitan cuatro transductores con esto se evita la conexion y desconexion de los mismos protegiendo a los transductores de posibles daños.	01-07-2014	18:43:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:47:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Posibilidad de incorporar a futuro software para imagen de fusion (ecografia con tomografia y resonancia magnetica), combinada con elastosonografia en estas modalidades"	01-07-2014	18:50:44
Se solicita que esta funcion este integrada en el equipo de manera a tener disponible para su utilizacion ya que de esta manera se podra contar con un equipo de ultima generacion para beneficio de los pacientes de la institucion		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:47:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Posibilidad de incorporar a futuro software para la realizacion de biopsia virtual guiada por imagen de fusion (ecografia con tomografia y resonancia magnetica)	01-07-2014	18:53:10
Se solicita que esta funcion este integrada en el equipo de manera a tener disponible para su utilizacion ya que con esto se puede realizar biopsias guiadas con tomografia y/o resonancias combinadas por ecografia, que aumenta la precision de estos procedimientos.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:47:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 1: En el punto 1 Especificaciones técnicas, dentro de la Sección III del PBC, para el ítem 2, donde dice: Sondas electrónicas de banda ancha y multifrecuencia con una innovadora ergonomía tipo appleprobe IQ y Funcionalidad avanzada "Opti-Light" para regular la luminosidad del ambiente, se solicita que se detallen mejor dichas funcionalidades o que se establezcan como opcionales, ya que se entiende que dichas características son exclusivas de una marca en específico, y por ende se excluye a los demás oferentes.	01-07-2014	20:21:24
Consulta 2: En el punto 1 Especificaciones técnicas, dentro de la Sección III del PBC, para el ítem 2, donde se solicitan las siguientes características: VIRTUAL NAVIGATOR, IP Intelligent Positioning, "ViewFinder" y Virtual Biopsy, se solicita que se detallen mejor dichas funcionalidades o que se establezcan como opcional, ya que se entiende que dichas funciones son exclusivas de una marca en específico, y por ende se excluye a los demás oferentes.		
Consulta 3: En el punto 1 Especificaciones técnicas, dentro de la Sección III del PBC, para el ítem 2, donde se solicita: Más de 400 Presets configurables para usuarios, se solicita que se detalle mejor dicha característica.		
Consulta 4: En el punto 1 Especificaciones técnicas, dentro de la Sección III, para ambos ítems, se desea saber si dichas especificaciones técnicas quedan anuladas y reemplazadas por las de la adenda 1, o las especificaciones dentro de la adenda 1 complementan a las especificaciones del pliego de bases y condiciones.		
Consulta 5: En la adenda 1, en el punto 1 de la sección III, para el ítem 1: Mamógrafo, con código de catálogo 42201803-002, se detallan especificaciones técnicas referentes a otro equipo que no corresponde con el citado anteriormente.		
Consulta 6: En la adenda 1, en el punto 1 de la sección III, para el ítem 2: Ecógrafo, con código de catálogo 42201718-001, se detallan especificaciones técnicas referentes a otro equipo que no corresponde con el citado anteriormente.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:47:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 7: En la adenda 1, en el punto 1 de la sección III, para el ítem 2, con código de catálogo 42201718-001, donde dice: Rango dinámico de 230 dB como mínimo, se solicita que se reduzca dicho parámetro a 160 dB, como mínimo, para dar mayor oportunidad a oferentes, siendo que no es necesario un rango tan elevado por que no es un parámetro determinante en el uso de los modos citados y aplicaciones solicitadas.	01-07-2014	20:23:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:48:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
8. Consulta: En la adenda 1, en el punto 1 de la sección III, para el ítem 2, con código de catálogo 42201718-001, donde dice: Plataforma modular digital con al menos 9000 canales de procesamiento digital, se solicita que se aumente dicho parámetro a 50000 canales digitales, como mínimo, para el mejor procesamiento de las señales, ya que influye directamente en la calidad de la imagen y en la velocidad del equipo.	01-07-2014	20:24:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:53:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: En la adenda 1, en el punto 1 de la sección III, para el ítem 2, con código de catálogo 42201718-001, donde dice: Transductor Lineal array intraoperatorio con un ancho de banda de 3 a 11 MHz, para dar mayor oportunidad a oferentes, se solicita que se reduzca dicho parámetro a un ancho de banda de 3 a 7MHz.	01-07-2014	20:25:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:53:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: En la adenda 1, en el punto 1 de la sección III, para el ítem 2, con código de catálogo 42201718-001, donde dice: Cine loop de 1000 cuadros o superior, se solicita que se aumente dicho parámetro a 42000 canales digitales, como mínimo, para el mejor aprovechamiento de esta cualidad del equipo, teniendo en cuenta la aplicaciones que agreguen en el futuro.	01-07-2014	20:26:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:53:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: En la adenda 1, en el punto 1 de la sección III, para el ítem 2, con código de catálogo 42201718-001, donde dice: Capacidad de almacenamiento de imágenes y bucles de cine con disco duro de 250 GB o superior, se solicita que se aumente dicho parámetro a 720 GB, como mínimo, para obtener mayor capacidad de almacenamiento en vista a la gran cantidad de pacientes que se examinarán en la institución y eso no ocasione que el equipo quede colgado por falta de espacio en el disco duro.	01-07-2014	20:26:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:53:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: En la adenda 1, en el punto 1 de la sección III, para el ítem 2, con código de catálogo 42201718-001, donde dice: Humedad dentro del rango de 15 a 85% RH, se solicita que se aumente dicho parámetro de 35 a 85% RH, como mínimo, para dar mayor participación a oferentes y teniendo que en cuenta que no hace falta rangos muy abiertos por lo que la humedad dentro de la sala generalmente es controlada en el momento de uso.	01-07-2014	20:27:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:54:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: En el punto 1 Especificaciones técnicas, dentro de la Sección III del PBC, para el ítem 2, donde dice: Sondas electrónicas de banda ancha y multifrecuencia con una innovadora ergonomía tipo appleprobe IQ y Funcionalidad avanzada "Opti-Light" para regular la luminosidad del ambiente, se solicita que se detallen mejor dichas funcionalidades o que se establezcan como opcionales, ya que se entiende que dichas características son exclusivas de una marca en específico, y por ende se excluye a los demás oferentes.	01-07-2014	20:29:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.	11-07-2014	12:54:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta: En el punto 1 Especificaciones técnicas, dentro de la Sección III del PBC, para el ítem 2, donde se solicitan las siguientes características: VIRTUAL NAVIGATOR, IP Intelligent Positioning, "ViewFinder" y Virtual Biopsy, se solicita que se detallen mejor dichas funcionalidades o que se establezcan como opcional, ya que se entiende que dichas funciones son exclusivas de una marca en específico, y por ende se excluye a los demás oferentes.	01-07-2014	20:29:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.	11-07-2014	12:51:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: En el punto 1 Especificaciones técnicas, dentro de la Sección III del PBC, para el ítem 2, donde se solicita: Más de 400 Presets configurables para usuarios, se solicita que se detalle mejor dicha característica.	01-07-2014	20:30:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los ecografos cuentan con Presets predeterminados de fábrica que son los parámetros y ajustes del equipo al iniciar el estudio. Además de esto también cuentan con la posibilidad de que cada usuario tenga la libertad de crear sus propio Presets y que estos sean configurables por el usuario. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:51:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: En el punto 1 Especificaciones técnicas, dentro de la Sección III, para ambos ítems, se desea saber si dichas especificaciones técnicas quedan anuladas y reemplazadas por las de la adenda 1, o las especificaciones dentro de la adenda 1 complementan a las especificaciones del pliego de bases y condiciones.	01-07-2014	20:30:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:52:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: En la adenda 1, en el punto 1 de la sección III, para el ítem 1: Mamógrafo, con código de catálogo 42201803-002, se detallan especificaciones técnicas referentes a otro equipo que no corresponde con el citado anteriormente.	01-07-2014	20:31:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.	11-07-2014	12:52:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: En la adenda 1, en el punto 1 de la sección III, para el ítem 2: Ecógrafo, con código de catálogo 42201718-001, se detallan especificaciones técnicas referentes a otro equipo que no corresponde con el citado anteriormente.	01-07-2014	20:32:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.	11-07-2014	12:52:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Requisitos de los bienes y/o servicios requeridos, En el ITEM 1, Mamógrafo, se listan las especificaciones técnicas correspondientes a un Ecógrafo, y en el ITEM 2, Ecógrafo, se listan las especificaciones técnicas correspondientes a un Mamógrafo. Consultamos, si se puede interpretar que las especificaciones técnicas en su totalidad han sido invertidas, debiendo sólo cambiarse el título correspondiente, o hay partes de las especificaciones que no corresponden	01-07-2014	21:26:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.	11-07-2014	12:55:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Rango de mAs: 5 mAs (o menos) a 600 mAs (o mas), consultamos si se podría ofertar equipos con rango de hasta 500 mAs(o más)	01-07-2014	21:32:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a las especificaciones técnicas requeridas. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:55:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Puntos Focales: puntos focales de foco fino 0,1 mm o menor y foco grueso de 0,3 mm o menor, consultamos si no debería decir de 0,3 mm o Mayor.	01-07-2014	21:34:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que es foco grueso de 0.3 mm o menor. Remitirse a la adenda N° 3.	11-07-2014	12:55:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

A	01-07-2014	22:16:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
		Hora
?	11-07-2014	12:56:11
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
Donde dice rango de Mas: 5 mAs o menos a 600 mAs o más		22-07-2014
Solicitamos ampliar el rango para de 3mAs a 500 mAs o mayor, a fin de ampliar el rango de equipos a ser ofertados, sin detrimento de la calidad de su desempeño.		16:34:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
REMITIRSE A LA ADENDA 16.		20-11-2014
08:23:17		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
Donde dice Filtro de Molibdeno y Rhodio		22-07-2014
Solicitamos se amplíen los requisitos a Filtros de Molibdeno y Rodio o Rhodio y Plata, de modo a que se pueda lograr mayor participación de oferentes, dado que ambos ofrecen prestaciones de la misma calidad en el cometido de filtrar la cantidad de radiación recibida.		16:35:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
REMITIRSE A LA ADENDA 16.		20-11-2014
08:23:30		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
En donde dice el equipo debe tener capacidad para la realización de Tomosíntesis. placa de compresión para Tomosíntesis (de 24 cm o mayor; x 35 cm o mayor)..		22-07-2014
Solicitamos que se considere viable ofertar placas de compresión de medidas de 24 cm o mayor x 29 cm o mayor, dado que las medidas de largor solicitadas como parámetro mínimo (35 cm o mayor) corresponden a dimensiones poco comunes a las necesarias para estudios de mamografía.		16:37:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
REMITIRSE A LA ADENDA 16.		20-11-2014
08:23:42		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
En donde dice el equipo debe tener capacidad para la realización de Tomosíntesis. angulo de escaneo de al menos 40°		22-07-2014
Solicitamos disminuir el requerimiento de ángulo de escaneo a 15° como mínimo, ya que un ángulo de escaneo mayor no implica una mejor calidad de imagen o mayor precisión de diagnóstico.		16:38:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
REMITIRSE A LA ADENDA 16.		20-11-2014
08:23:56		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
En donde dice el equipo debe tener capacidad para la realización de Tomosíntesis. el número de proyecciones debe ser de al menos 20		22-07-2014
Solicitamos que se solicite un mínimo de 12 proyecciones o más, a efectos de que puedan ser cotizados mayor número de equipos, de prestaciones y calidad similares, sin detrimento de la calidad de imagen obtenida y del posible diagnóstico derivado de ella.		16:40:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
REMITIRSE A LA ADENDA 16.		20-11-2014
08:24:05		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
En donde dice el equipo debe tener capacidad para la realización de Tomosíntesis. la resolución en tomosíntesis debe ser de 90 micrones o mejor por cada pixel		22-07-2014
Solicitamos se solicite una resolución de aproximadamente 100 micrones o mejor por cada pixel, ya que la resolución de imagen no se vería afectada y se podría incluir mayor cantidad de oferentes al llamado.		16:43:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
REMITIRSE A LA ADENDA 16.V		20-11-2014
08:24:45		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		

Listado de Consultas

Donde dice: Placa de compresión de 18x24cm y de 24x30 cm	22-07-2014	16:43:56
Solicitamos modificar el tamaño de las placas de compresión a 18x24cm y de 24x29cm, atendiendo a que la modificación solicitada no es relevante a efectos de las prestaciones solicitadas y sin embargo permitirá ampliar la oferta de equipos con iguales o mejores prestaciones.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 16.	20-11-2014	08:25:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice el equipo debe tener capacidad para la realización de Tomosíntesis.	22-07-2014	16:45:18
Solicitamos se incluya que el equipo tenga la posibilidad de realizar biopsias guiadas por tomosíntesis, ya que esta opción podrá otorgar al paciente un diagnóstico más acertado y completo.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 16.	20-11-2014	08:25:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice el equipo debe tener capacidad para la realización de Tomosíntesis.	22-07-2014	16:47:14
Solicitamos que el equipo tenga la opcion de proveer una imagen 2D Sintética a través de los cortes de Tomosíntesis, lo que permitirá obtener a partir de los cortes la imagen 2D con una menor dosis y un menor tiempo de duración de cada estudio.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 16.	20-11-2014	08:25:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice software de elastosonografía con representación de histograma para diferenciación de rigidez tisular	22-07-2014	17:02:49
Solicitamos que la representación de histograma sea considerado un software opcional, ya que no es una opción determinante en la calidad de imagen y estudio.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE MANTIENE LO SOLICITADO EN LA ADENDA 4.	20-11-2014	08:29:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice: software para fusión de imagen	22-07-2014	17:03:12
Solicitamos que la fusión de imágenes en 3D y la superposición de las mismas, sea considerada como una característica opcional, no limitante para ofertar.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 17.	05-12-2014	10:57:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Transductor Convex Array con ancho de banda de 2 a 7 Mhz	22-07-2014	17:03:32
Solicitamos que el rango sea ampliado a 2 o menor a 6 o mayor.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 17.	05-12-2014	10:58:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Transductor intracavitario con ancho de banda de 3 a 9 Mhz	22-07-2014	17:04:08
Solicitamos que lo solicitado se modifique a un rango ampliado a 4 o menor a 9 o mayor		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 17.	05-12-2014	10:58:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Transductor lineal con ancho de banda de 4 a 13 Mhz	22-07-2014	17:04:34
Solicitamos que lo solicitado se modifique a un rango ampliado a 7 o menor a 13 o mayor		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN LA ADENDA 4.		20-11-2014	08:32:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Transductor lineal intraoperatorio con ancho de banda de 3 a 11 Mhz		22-07-2014	17:04:59
Solicitamos que lo solicitado se modifique a un rango ampliado a 4 o menor a 11 o mayor			
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 17.		05-12-2014	10:58:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la página 3 de la Adenda 17 dice: "Adecuación de sala, obras civiles: Se deberá coordinar con el Lic. Humberto Espínola, de la Dirección Administrativa del Instituto Nacional del Cáncer una visita al lugar de instalación. El oferente deberá contar con una constancia de visita, firmada por el responsable" El día 3 de diciembre del corriente procedimos a verificar la sala conforme se solicita en la adenda mencionada y constatamos que existen dos lugares donde el equipo podría ser instalado. Solicitamos a la convocante especificar el lugar donde el equipo debe ser instalado​ Solicitamos además, que detallen cuáles son los trabajos de adecuación y obras civiles que deben realizarse en el lugar designado.		09-12-2014	08:00:46
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Equipo de Ecografía: el lugar especificado para la instalación y puesta en marcha es en la sala de Ecografía - Ex Sala de jefatura especificada en la puesta, en cuanto al detalle de la adecuación y obras civiles a realizar son las siguientes: Reacondicionamiento total de la sala, incluye: Pintura, Cortinado, Refacción de Piso e Instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU. Equipo de Mamografía: El lugar especificado para la instalación y puesta en marcha es en la sala utilizada como Depósito actualmente, en el Departamento de Imágenes, con una dimensión de 2,40 x 2,40 mts., la estación de control se ubicaría en la sala de copiado de informes, en cuanto al detalle de la adecuación y obras civiles a realizar son las siguientes: Reacondicionamiento total de la sala, incluye: Emplomado de la sala donde se ubicaría el equipo digital, cambio de pisos, cortinado, pintura e Instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU.		08-01-2015	12:55:17

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
VIPAL SA - 80019247-8	Grande	1	0071508032606/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	19-01-2015	20-01-2015	29-06-2015
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	Mediana	2	20.1508.0000680.0000	Póliza	Central SA de Seguros	19-01-2015	19-01-2015	22-06-2015
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Sin categorizar	3	15.1508.0001301.0000	Póliza	Garantía S.A. de Seguros	19-01-2015	19-01-2015	28-06-2015
IMESE S.A. - 80016426-1	Sin categorizar	4	007.1508.032583/000	Póliza	La Consolidada S.A.	19-01-2015	19-01-2015	28-06-2015
JACK FACK SRL - 80003631-0	Grande	5	007.1508.032604/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	19-01-2015	19-01-2015	31-08-2015

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42201803-002	Mamografo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VIPAL SA - 80019247-8	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	SENOGRAPHE CARE	USA	MAMOGRAFO DIGITAL	2.452.607.933	2.452.607.933
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	IMS	IMS	Giotto Image-3DL	Italia	Mamografo	1.850.000.000	1.850.000.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	Mammomat Inspiration	Alemania	Mamógrafo Digital	2.680.500.000	2.680.500.000
JACK FACK SRL - 80003631-0	Hologic/Lorad	Hologic Inc.	Selenia Dimensions 5000 3D	Estados Unidos	Mamografo Digital	2.400.000.000	2.400.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	42201718-001	Ecografo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	Sonoscape	Sonoscape	S40	China	Ecografo	650.000.000	650.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	ESAOTE	ESAOTE S.p.A.	My Lab Twice	ITALIA	ECOGRAFO	795.000.000	795.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Mamografo				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	1.800.000.000	20-01-2015	08:19:16.076	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40854e8e948e80acc07a2c6ac7fe60f5	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	1.850.000.000	20-01-2015	07:52:12.500	Propuesta
		Código Verificador:	4726e5bcad310390e0916321615e1e23	
JACK FACK SRL - 80003631-0	1.875.500.000	20-01-2015	08:19:12.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a20bacb0c960037ca815ef4d619fcbda	
JACK FACK SRL - 80003631-0	1.882.100.000	20-01-2015	08:18:28.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9afa8f36583a516f3a03017ae67ce75e	
VIPAL SA - 80019247-8	1.990.000.000	20-01-2015	08:19:30.834	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c3e4977d7bc306cb83e7c4dc4991846	
JACK FACK SRL - 80003631-0	2.010.800.000	20-01-2015	08:17:41.397	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	738a4696ba55bb33c87b21aa926f5498	
VIPAL SA - 80019247-8	2.019.000.000	20-01-2015	08:18:37.155	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5effc895c0604e3d4db61c932e37b3	
JACK FACK SRL - 80003631-0	2.027.300.000	20-01-2015	08:17:11.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efb3b4f6a513f879bce8d15e0e71eda7	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.050.000.000	20-01-2015	08:17:12.358	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd25efadc4e084258041ee45d2672a11	
JACK FACK SRL - 80003631-0	2.052.600.000	20-01-2015	08:16:46.270	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f20f195a9345c830ea57c4b8628c0b2	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.060.000.000	20-01-2015	08:16:41.521	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc6be23a94a8aa5db799c9b6c0993aa6	
JACK FACK SRL - 80003631-0	2.066.900.000	20-01-2015	08:16:21.850	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e28c979c3d1e0e0fa70af97829deb9	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.080.000.000	20-01-2015	08:16:11.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	095a40bb8de12614df706c7a50309691	
JACK FACK SRL - 80003631-0	2.090.000.000	20-01-2015	08:16:02.130	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3dba6f1d01bda1cdaf64734ee6abba3e	
VIPAL SA - 80019247-8	2.099.000.000	20-01-2015	08:17:47.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebbc17cfd2975ee7f722422710aa111	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.100.000.000	20-01-2015	08:15:39.305	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e18bfb8c157a70beb17e4126683f0da	
JACK FACK SRL - 80003631-0	2.109.800.000	20-01-2015	08:15:51.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	684bae3130f0b70dde7dcc5c7dda623b	
JACK FACK SRL - 80003631-0	2.139.500.000	20-01-2015	08:15:27.269	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8274f022cf46f4b2e63a171c7edde3bc	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.150.000.000	20-01-2015	08:14:59.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e64e1403f2d1c4a5e455273ba7bc704	

Listado General de todas las Ofertas

JACK FACK SRL - 80003631-0	2.242.900.000	20-01-2015	08:14:40.593	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9380d243c0d67f19aa0b0e319d16a69d	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.250.000.000	20-01-2015	08:13:53.280	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b58a28a94f069a6814e3429d92c80a1c	
JACK FACK SRL - 80003631-0	2.300.100.000	20-01-2015	08:14:03.378	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5086b60c157d9fd6e17c3cd5b81e6d48	
JACK FACK SRL - 80003631-0	2.400.000.000	20-01-2015	07:52:12.502	Propuesta
		Código Verificador:	126779cbe04b5a6b9672aa8b6779217e	
VIPAL SA - 80019247-8	2.452.607.933	20-01-2015	07:52:12.498	Propuesta
		Código Verificador:	c5faf7fdd699b39b909ce359c2d092ff	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.680.500.000	20-01-2015	07:52:12.503	Propuesta
		Código Verificador:	42d4e3bbb90913db1bb9423068ed65d0	

2 - Ecografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	650.000.000	20-01-2015	07:52:12.554	Propuesta
		Código Verificador:	2ca96a2a9b22a1343ace23c15b10a47b	
IMESE S.A. - 80016426-1	748.000.000	20-01-2015	08:30:46.132	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	135d8847fd1149d2fa6280517021da4f	
IMESE S.A. - 80016426-1	795.000.000	20-01-2015	07:52:12.552	Propuesta
		Código Verificador:	1022be2243739cdbd9127819632f43c9	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Mamografo

Oferente	Mejor Precio
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	1.800.000.000
JACK FACK SRL - 80003631-0	1.875.500.000
VIPAL SA - 80019247-8	1.990.000.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.050.000.000

2 - Ecografo

Oferente	Mejor Precio
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	650.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	748.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80025189-0 - BIOS GROUP SRL

Item	Precio Ganador
1 - Mamografo	1.800.000.000
2 - Ecografo	650.000.000

Listado de Mensajes

1 - Mamografo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-01-2015	08:00:47.618
Buenos días, comenzamos la Subasta.	20-01-2015	08:00:54.875
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-01-2015	08:00:57.641
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	20-01-2015	08:01:01.340
Señores bajen sus precios.	20-01-2015	08:03:34.636
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	20-01-2015	08:06:02.004
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-01-2015	08:07:32.474

Listado de Mensajes

Señores esperamos mejores ofertas.	20-01-2015	08:07:35.495
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-01-2015	08:07:38.097
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-01-2015	08:13:38.107
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-01-2015	08:19:43.261
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-01-2015	08:19:43.323

2 - Ecografo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-01-2015	08:19:53.363
Continuamos con la Subasta.	20-01-2015	08:20:02.113
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	20-01-2015	08:20:07.742
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	20-01-2015	08:20:11.720
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-01-2015	08:24:27.189
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-01-2015	08:24:30.068
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-01-2015	08:30:30.235
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-01-2015	08:38:37.319
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-01-2015	08:38:37.364

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.