

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 280074

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:10 del día 1/10/2014, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 280074 -  
 ADQUISICION DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS PARA LA X REGION SANITARIA ALTO PARANA de la Institución:

**Código Verificador:** d43185afa5b6ef4e12cb239116cd34d0

<b>Nivel de Entidad:</b>	PODER EJECUTIVO
<b>Entidad:</b>	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
<b>UOC:</b>	UOC Nro 1 NIVEL CENTRAL (D.O.C) - DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES(D.O.C) - NIVEL CENTRAL
<b>Código SICP:</b>	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice, Almacenamiento de datos de al menos 1200hs de tendencias graficas, 600 mediciones de PNI, hasta 120 minutos de ECG. Solicitamos a la convocante aclarar si quiso colocar 120 hs de tendencias graficas ya que equipos de 1200 horas de almacenamiento no hay en el mercado.		03-09-2014	15:40:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Se solicita 1200 hs. de tendencias gráficas. Ajustese a las especificaciones del PBC.		23-09-2014	11:51:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Modo curva fija 3.125,6.25 y 12.5mm/s. Se solicita a la Convocante aclarar a que se refiere con modo curva fija		03-09-2014	15:43:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Se refiere a que pueda congelarse la pantalla para mejor apreciación de la curva.		23-09-2014	11:52:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Despliegue de curvas fisiologicas de: al menos 8 curvas simultaneas. Se solicita a la Convocante tenga por bien aceptar ofertas que contengan 7 curvas.		03-09-2014	15:44:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Las especificaciones solicitadas son las mínimas requeridas. Ajustese a las especificaciones del PBC.		23-09-2014	11:52:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Neonatal: de 0 a 170 rpm Tiempo de inflado del manguito. Se solicita a la Convocante aplique un rango de variación de + - 50 rpm		03-09-2014	15:47:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Las especificaciones solicitadas son las mínimas requeridas. Ajustese a las especificaciones del PBC.		23-09-2014	11:53:18
CONSULTA			

### Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Adultos/ pediátricos: 10 segundos o menor. Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 3 segundos		03-09-2014	15:48:20
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Las especificaciones solicitadas son las mínimas requeridas. Ajustese a las especificaciones del PBC.		23-09-2014	11:54:11
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Neonatal: 3 segundos o menor. Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 3 segundos		03-09-2014	15:49:39
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Las especificaciones solicitadas son las mínimas requeridas. Ajustese a las especificaciones del PBC.		23-09-2014	11:54:39
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Rango de medición: 50 a 400 mmHG. Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 50 mmHG		03-09-2014	15:51:44
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Las especificaciones solicitadas son las mínimas requeridas. Ajustese a las especificaciones del PBC.		23-09-2014	11:55:03
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Frecuencia de pulso de 30 a 300 lpm. Se solicita a la convocante aplicar un rango de variación de + - 5 lpm en el inicio y de + - 50 lpm para el pulso final.		03-09-2014	15:53:21
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Las especificaciones solicitadas son las mínimas requeridas. Ajustese a las especificaciones del PBC.		23-09-2014	11:55:40
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
donde dice: Valor numerico de la medición de alarma con parpadeo en pantalla. Se solicita a la convocante aclarar a que se refiere con valores numericos de la medición de alarma con parpadeo en pantalla, favor explicar.		03-09-2014	15:54:39
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Se refiere a que el valor numérico del parámetro en situación de alarma presente parpadeo para llamar la atención del personal de blanco.		23-09-2014	11:56:08
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Almacenamiento de al menos los últimos 200 sucesos de alarma. Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 75 sucesos.		03-09-2014	15:56:15
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Estas especificaciones son solicitadas como modo de control de parámetros de tiempos prolongados de tratamientos de pacientes. Ajustese a las especificaciones del PBC.		23-09-2014	11:56:31
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 1 (un) cable de interfase para PNI-(Manguera). Se solicita a la Convocante aclarar a que se refiere con la manguera. Favor aclarar este punto		03-09-2014	15:58:44
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Se refiere a que los manguitos se inflan con aire que circula por una manguera conectada desde el monitor al manguito, el cual como se indica en PBC se denomina Cable de Interface para PNI.		23-09-2014	11:56:59
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En donde dice: "Almacenamiento de datos de el menos 1200hs tendencias graficas...//.... minutos ECG". Respecto a las 1.200 horas solicitadas, consideramos que se podría tratar de un error - involuntario - en la cantidad de horas mencionadas. Muchos modelos van de 90 a 120 horas por lo que solicitamos a la convocante permitir la cotización de monitores con "Almacenamiento de datos de al menos 90 hs o mayor de tendencias graficas".		08-09-2014	07:30:43
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Se aclara que se solicita 1200 hs. de tendencias gráficas. Ajustese a las especificaciones del PBC.		23-09-2014	11:57:27

### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice: "Posibilidad de visualización de tiras de ECG en formato Full Disclosure y zoom sobre zona de interés". Resulta ambigua la forma de solicitar "Posibilidad de visualización...", pues no determina si debe tener o no esta función. Ante esta situación, rogamos a la convocante que se solicite como Opcional esta función de "visualización de tiras de ECG en formato Full Disclosure y zoom sobre zona de interés"	08-09-2014	07:34:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Se aclara que el equipo deberá contar con medición de ECG y además deberá contar con la posibilidad de visualización de tiras de ECG en formato Full Disclosure y zoom sobre zona de interés. Ajustese a las especificaciones del PBC	23-09-2014	11:57:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor de especificar si los monitores solicitados deben ser del tipo modular.	20-09-2014	10:54:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Las EE.TT. son las mínimas requeridas pero se podrán cotizar equipos de igual o mayor prestación	23-09-2014	19:10:48

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Grande	1	18.1508.09360/000	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	30-09-2014	01-10-2014	28-02-2015
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	Grande	2	23.1508-003937.0000	Póliza	El Sol del Paraguay S.A.	30-09-2014	30-09-2014	09-03-2015

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42181904-002	Monitor multiparametrico					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	GENERAL MEDITECH	GENERAL MEDITECH, INC.	G3D	CHINA	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	78.000.000	390.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	Goldway A Philips Company	Philips	G40	China	Monitor multiparamétrico	39.996.000	199.980.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - Monitor multiparametrico				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	164.890.000	01-10-2014	09:08:09.138	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ddb2e8e6f414749b0076563c28a182f	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	170.830.000	01-10-2014	09:06:31.120	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	248bc1b587bd9b6cbc5d2e921e249ed9	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	176.880.000	01-10-2014	09:05:36.540	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b49c29d05b972afa6eff75d1a8d67601	

### Listado General de todas las Ofertas

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	199.980.000	01-10-2014	08:11:37.712	Propuesta
		Código Verificador:	eab24e3c2ffb15a5608f8fe74ce802e2	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	310.000.000	01-10-2014	08:58:49.844	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a7e1ffeb89fa0d535a674894f5c6a691	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	390.000.000	01-10-2014	08:11:37.714	Propuesta
		Código Verificador:	e8212be9e79aa1cde9e664d011b8eeef	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - Monitor multiparametrico

Oferente	Mejor Precio
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	164.890.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	310.000.000

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 80013820-1 - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA

Item	Precio Ganador
1 - Monitor multiparametrico	164.890.000

### Listado de Mensajes

#### 1 - Monitor multiparametrico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-10-2014	08:11:40.375
Buenos días, comenzamos la Subasta.	01-10-2014	08:11:45.732
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	01-10-2014	08:27:16.792
Señores Oferentes, bajen sus precios	01-10-2014	08:27:20.828
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	01-10-2014	08:45:27.991
Señores bajen sus precios.	01-10-2014	08:45:32.925
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	01-10-2014	08:45:44.365
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-10-2014	08:54:22.861
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-10-2014	08:54:26.212
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-10-2014	09:04:49.888
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-10-2014	09:10:15.108
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-10-2014	09:10:15.161

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.