

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 294441

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:35 del día 12/8/2015, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 294441 - LPN SBE 36-15 ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES CON EQUIPO DE VITRECTOMIA EN COMODATO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS de la Institución:

Código Verificador: 97a60a0a440c4129fb620da15c9de36b

Nivel de Entidad:	ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 1.3.2 dice: "Control de presión de irrigación a máximo nivel (en un solo botón) en caso de emergencia". Solicitamos a la convocante que este punto sea definido como "No Excluyente" u "Opcional", de tal forma a permitir la participación de más oferentes.		13-07-2015	10:20:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2		28-07-2015	13:47:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 1.4.1 dice: Rango del nivel de vacío: programable de 0 a 500mmHg. Consideramos que se deben incorporar márgenes de variación, a modo de permitir la participación de más de una oferta. Por lo expuesto, solicitamos a la convocante solicitar este punto como sigue: "Rango del nivel de vacío: programable de 5 (o menor) a 500mmHg (o mayor).		13-07-2015	10:21:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que la consulta corresponde al punto 1.4.2 El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2		28-07-2015	13:47:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 1.4.1 dice: "Doble bomba (Peristáltica y Venturi) en cassette desechable. Seleccionable durante la cirugía". ¿Se podría cotizar equipo sólo con bomba tipo Venturi?		13-07-2015	10:24:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que las dos bombas solicitadas serán utilizadas, una la peristáltica en facoemulsificación y la otra venturi en vitrectomía.		28-07-2015	13:47:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 1.4.3 dice: "Rango de flujo: programable de 2 a 50cc/min (solo peristáltica)". Consideramos que se deben incorporar márgenes de variación, a modo de permitir la participación de más de una oferta; por ende rogamos a la convocante describir este punto como sigue: "Rango de flujo: programable de 2 (o menor) a 50cc/min (o mayor) , solo peristáltica"		13-07-2015	10:25:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2	28-07-2015	13:47:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.4.9 dice: "Ventilación: mezcla de fluido o aire". Solicitamos a la convocante que este punto sea definido como "No Excluyente" u "Opcional", de tal forma a permitir la participación de más oferentes.	13-07-2015	10:25:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2	28-07-2015	13:50:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.4.6 dice: "Control del nivel de vacío: Panel o Lineal por pedal (Peristáltica y Venturi)". ¿Se podría cotizar equipos con Control de nivel solo por bomba tipo Venturi?	13-07-2015	10:26:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones.	28-07-2015	13:50:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.5.2 dice: "Rango de velocidad de corte: simple de 60 a 5.000 cortes por minuto". Consideramos que se deben incorporar márgenes de variación, a modo de permitir la participación de más de una oferta; por ende, rogamos a la convocante describir este punto como sigue: "Rango de velocidad de corte: simple; de 60 a 5.000 cpm (o mayor)"	13-07-2015	10:27:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2	28-07-2015	13:51:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.5.2 dice: "Rango de velocidad de corte: simple de 60 a 5.000 cortes por minuto". ¿Se podría cotizar equipos hasta 4.000 cortes por minuto?	13-07-2015	10:27:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.	28-07-2015	13:52:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.5.5 dice: "Con posibilidad de que la guillotina permanezca abierta o cerrada". Solicitamos a la convocante que este punto sea definido como "No Excluyente" u "Opcional", de tal forma a permitir la participación de más oferentes.	13-07-2015	10:28:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.	28-07-2015	13:52:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.6.2 dice: "Rango de velocidad de corte: simple o de 60 a 320 cortes por minuto". Consideramos que se deben incorporar márgenes de variación, a modo de permitir la participación de más de una oferta. Por lo expuesto, solicitamos a la convocante incorporar una variación de +/-10 cortes por minutos.	13-07-2015	10:28:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2	28-07-2015	13:52:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.6.3 dice: "Con posibilidad de que la guillotina permanezca abierta o cerrada". Solicitamos a la convocante que este punto sea definido como "No Excluyente" u "Opcional", de tal forma a permitir la participación de más oferentes.	13-07-2015	10:28:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
se aclara que la descripción del punto 1.6.3: corresponde a ¿Con posibilidad de que la tijera permanezca abierta o cerrada? (No Excluyente). El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2	28-07-2015	13:52:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.7.1 dice: "Tipo: Diatermia bipolar 7watt@450ohm". Consideramos que se deben incorporar márgenes o rangos de variación, a modo de permitir más de una oferta. Por lo expuesto, solicitamos a la convocante incorporar la palabra "o mejor".	13-07-2015	10:29:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.	28-07-2015	13:53:10
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 1.8.2 dice: "Desplazamiento máximo: mayor 100µm". Consideramos que se deben incorporar rangos de variación, a modo de permitir más de una oferta. Por lo expuesto, solicitamos a la convocante solicitar este punto como sigue: "Desplazamiento: desde 0 a 100µm (o mayor)"		13-07-2015	10:30:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.		28-07-2015	13:53:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 1.8.4 en donde dice: "Piezas de Mano: Piezas de mano Piezoeléctrica (cuatro cristales, titanio ultraliviano 40grs)". Esta la descripción de una marca específica, por lo que solicitamos su modificación. Solicitamos que quede redactada como Pieza de mano Piezoeléctrica de cuatro o seis cristales.		13-07-2015	10:30:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2		28-07-2015	13:53:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 1.9.1. Dice: "Rango de presión: de 5 a 80mmHg". Consideramos que se deben incorporar márgenes de variación, a modo de permitir la participación de más de una oferta. Por lo expuesto, solicitamos a la convocante solicitar este punto como sigue: "Rango de presión: de 5 (o menor) a 80mmHg (o mayor).-		13-07-2015	10:30:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2		28-07-2015	13:54:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 1.9.2 dice: "Esterilidad: obtenido por filtros descartables de 0,22µm". Solicitamos a la convocante que este punto sea definido como "No Excluyente" u "Opcional", de tal forma a permitir la participación de más de una oferta		13-07-2015	10:31:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2		28-07-2015	13:54:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 1.9.1. Dice: "Rango de presión: de 0.4 a 5.0bar en pasos de 0.2bar". Consideramos que se deben incorporar márgenes de variación, a modo de permitir la participación de más de una oferta. Por lo expuesto, solicitamos a la convocante solicitar este punto como sigue: "Rango de presión: de 0.4 (o menor) a 5.0bar (o mayor).-		13-07-2015	10:31:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2		28-07-2015	13:54:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Sección VII. Inciso F) Cualquier otro documento adicional requerido. Numeral 4 Declaración Jurada que acredite el cumplimiento total de las EETT Consideramos sustancial que toda oferta presentada sea acompañada con una Planilla de Especificaciones Técnicas y su respectivo catálogo y/o Manual de usuario; de forma tal que la Convocante pueda corroborar las informaciones proveídas por los distintos oferentes. En este sentido solicitamos a la Convocante reemplazar la Declaración Jurada solicitada en el numeral 4 del inciso F) de la Sección VII Anexos por el siguiente documento: Planilla de Especificaciones Técnicas, Catálogo y/o Manual de Usuario. Las planillas de especificaciones técnicas deberán ser completadas con SI o NO en la columna CUMPLE, indicando claramente los parámetros del equipo ofertado en la columna PARAMETROS, y el Nro. De Folio en la columna FOLIO. Esta columna es de suma importancia pues en ella se indica la página del catálogo, manual de usuario o servicio del fabricante en donde se encuentra el parámetro que está siendo analizado. Estos parámetros deberán ser resaltados e indicados claramente de manera a que se pueda comprobar todas las especificaciones técnicas requeridas. Las planillas de especificaciones técnicas así como los catálogos y/o manuales en donde las mismas puedan ser comprobadas, deberán presentarse en formato impreso y formato digital (PDFs en CD) en su totalidad, dicho requisito es sustancial para la verificación de las especificaciones técnicas y la adjudicación /descalificación del o de los equipos. En todas las demás licitaciones, llevadas a cabo por el I.P.S., se utiliza esta modalidad por lo que creemos que esta licitación no tendría razón de ser distinta a las demás. Pero lo mas importante insistimos - es que el I.P.S. se asegurará de contar con ofertas claras y comprobables en materia de cumplimiento de los requerimientos técnicos.		14-07-2015	07:43:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2		28-07-2015	13:54:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación. Muestras: No aplica En esta parte del pliego se menciona que no se requerirá la presentación de muestra. Creemos que será de mucha utilidad a la Convocante que toda oferta presentada sea acompañada con MUESTRAS de los insumos ofertados, de forma tal evaluarlas convenientemente y corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los insumos requeridos.	14-07-2015	07:44:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones.	28-07-2015	13:54:40

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Sin categorizar	1	007.1508.034224/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	10-08-2015	11-08-2015	07-02-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42294513-005	Kits de Vitrectomía: PACK DE VITRECTOMIA DE 23G					384
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	OPTIKON	Optikon 2000 S.p.A.	No aplica	Italia	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas y catálogo	3.400.000	1.305.600.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42295114-999	Cassete para Facioemulsificador: CASSETE PARA VITREOFAGO					384
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	OPTIKON	Optikon 2000 S.p.A.	No aplica	Italia	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas y catálogo	500.000	192.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	51241120-004	Aceite de silicon: ACEITE DE SILICON					96
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	OPTIKON	Optikon 2000 S.p.A.	No aplica	Italia	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas y catálogo	900.000	86.400.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	51241120-007	Perfluoro-N-Octano Solucion Esteril: PERFLUOROCARBONO (Perfluoro-N-Octano)					384
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ARCADOPHTA	Arcadophtha S.A.R.L.	No aplica	Francia	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas y catálogo	1.200.000	460.800.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	42295401-001	Punta tipo borrador para cauterio bipolar: LAPIZ PARA EXODIATERMIA DESCARTABLE					48
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	OPTIKON	Optikon 2000 S.p.A.	No aplica	Italia	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas y catálogo	760.000	36.480.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	42295401-001	Punta tipo borrador para cauterio bipolar: LAPIZ PARA ENDODIATERMIA DESCARTABLE					96
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	OPTIKON	Optikon 2000 S.p.A.	No aplica	Italia	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas y catálogo	760.000	72.960.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	42294513-003	Fibra optica para vitrectomia: FIBRA OPTICA DE ILUMINACION PARA VITRECTOMIA 23G	144

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	OPTIKON	Optikon 2000 S.p.A.	No aplica	Italia	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas y catálogo	1.000.000	144.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	42291620-001	Trocar: KIT DE TROCAR DE UN SOLO PASO 23G	384

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	OPTIKON	Optikon 2000 S.p.A.	No aplica	Italia	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas y catálogo	1.900.000	729.600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	42294513-005	Kits de Vitrectomia: KIT DE EXTRACCIÓN DE FUIDOS VISCOSOS	96

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	OPTIKON	Optikon 2000 S.p.A.	No aplica	Italia	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas y catálogo	2.200.000	211.200.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LPN SBE 36-15 ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES CON EQUIPO DE VITRECTOMIA EN COMODATO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.654.880.000	12-08-2015	08:18:58.764	Recepción de Lances
		Código Verificador:	eb28c4702a4c47dcde37f490ab05b1f7	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.750.000.000	12-08-2015	08:15:33.863	Recepción de Lances
		Código Verificador:	6d0d1177bf035e61f960e3c83179b429	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.800.000.000	12-08-2015	08:14:09.799	Recepción de Lances
		Código Verificador:	c11629a6c8d4ea340ae83ccfb89d3fae	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.000.000.000	12-08-2015	08:13:05.428	Recepción de Lances
		Código Verificador:	b5b08f2bb0b0cfb4c4f79948b1cd0932	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.239.040.000	12-08-2015	08:00:48.871	Propuesta
		Código Verificador:	add85665382a686bafb3e03425d38a2	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - LPN SBE 36-15 ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES CON EQUIPO DE VITRECTOMIA EN COMODATO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.654.880.000

Ítems Ganados por Proveedor

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Ítem	Precio Ganador
1 - LPN SBE 36-15 ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES CON EQUIPO DE VITRECTOMIA EN COMODATO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS	2.654.880.000

Listado de Mensajes

1 - LPN SBE 36-15 ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES CON EQUIPO DE VITRECTOMIA EN COMODATO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	12-08-2015	08:10:05.659
Buenos días, comenzamos la Subasta.	12-08-2015	08:10:22.472
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	12-08-2015	08:10:46.189
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	12-08-2015	08:12:55.610
Señor Oferente, baje su precio	12-08-2015	08:13:00.022
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	12-08-2015	08:14:00.529
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	12-08-2015	08:14:56.649
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	12-08-2015	08:16:52.842
Atención pasamos a la etapa de puja.	12-08-2015	08:19:38.599
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	12-08-2015	08:19:42.053
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	12-08-2015	08:19:44.834
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	12-08-2015	08:25:44.999
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	12-08-2015	08:35:14.046
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	12-08-2015	08:35:14.097

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.