

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 297084

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:07 del día 29/7/2015, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 297084 -
ADQUISICIÓN DE TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIO Y ELECTROBISTURI PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAGUA de la Institución:

Código Verificador: 418a2a5a6b401c8dea3495dafcf8d233

Nivel de Entidad:	PODER EJECUTIVO
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C) - Dirección Operativa de Contrataciones(D.O.C) - Nivel Central
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PROCESADOR DE IMAGEN 1. Salida de señal digital HD-SDI, SD-SDI, DV (IEEE 1394) y DVI (WUXGA o SXGA) Pueden ser salidas digitales como HD-SDI (dos salidas) y DVI (Digital Video Interface) (dos salidas) ya que con estas dos salidas diferentes nuestro procesador logra tener una salida digital y conectarse a monitores u otros equipos dando una imagen de alta definición y digital?	06-07-2015	17:00:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Podrán ofertarse equipos con procesador de imagen con salida Digital HD-SDI (al menos dos) y DVI (al menos dos) que permitan obtener una imagen digital de alta definición, para dar participación a mas oferentes.	16-07-2015	10:49:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PROCESADOR DE IMAGEN 2. Auto ajuste de ganancia AGC. El termino AGC se refiere a una sola marca en el mercado. Solicitamos para mayor participación de oferentes que esta diga "Ajuste de ganancia o brillo. Omitir la palabra AGC.	06-07-2015	17:01:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:50:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PROCESADOR DE IMAGEN 3. Función NBI HD. 3. El termino NBI HD se refiere a una sola marca en el mercado. Solicitamos para mayor participación de oferentes que esta diga "Función NBI, FICE o cromoscopia electrónica.	06-07-2015	17:02:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:50:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

PROCESADOR DE IMAGEN 4. Función foco dual o doble foco. El termino foco dual o doble foco se refiere a una sola marca por lo que solicitamos para mayor participación de oferentes que esta se amplie a "Función foco dual, doble foco o magnificación electronica	06-07-2015	17:03:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:50:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PROCESADOR DE IMAGEN 5. Compatible con equipos de endoscopia, laparoscopia, broncoscopio y otrorrinologología. Dicha característica la cumple solo una marca en el mercado mundial por lo que solicitamos para mayor participación de oferentes que esta característica permita a los demás oferentes a adaptar un procesador para los laparoscopios, estando esto en la misma torre de endoscopia y conectado al mismo monitor de endoscopia.	06-07-2015	17:04:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:50:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PROCESADOR DE IMAGEN 6. Con memoria portátil USB. Solicitamos si esta puede ser "con memoria portatill USB o tarjeta de memoria.	06-07-2015	17:04:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:50:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PROCESADOR DE IMAGEN 6. Con memoria portátil USB. Solicitamos si esta puede ser "con memoria portatill USB o tarjeta de memoria.	06-07-2015	17:05:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:51:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PROCESADOR DE IMAGEN 7. Memoria interna (buffer 1GB). Solicitamos que esta característica sea OPCIONAL ya que solo va dirigida a una sola marca en el mercado mundial y no es necesaria ya que todas las fotos que se sacan se graban en la tarjeta de memoria o USB.	06-07-2015	17:06:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:51:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FUENTE DE LUZ 8. Lámpara de emergencia halógena de 35 W. Solicitamos si la lámpara de emergencia puede ser de 35 a 75W.	06-07-2015	17:07:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:51:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FUENTE DE LUZ 9. Función NBI HD. 9. El termino NBI HD se refiere a una sola marca en el mercado. Solicitamos para mayor participación de oferentes que esta diga "Función NBI, FICE o cromoscopia electrónica."	06-07-2015	17:08:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:51:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO GASTROSCOPIO TERAPÉUTICO 10. Con dos canales de trabajo de 2,8 y 3,7 mm. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle "Con dos canales de trabajo de 2,8 y 3,7 a 3,8 mm."	06-07-2015	17:09:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:51:34

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>VIDEO GASTROSCOPIO TERAPÉUTICO</p> <p>11. De alta definición HDTV con CCD. 11. Solicitamos que se obvie la sigla HDTV en esta característica ya que la utiliza solo una marca en el mercado y la característica "De alta definición con CCD" da por entendido que debe ser un videoendoscopio de alta definición y compatible con el procesador HDTV ofertado.</p>	06-07-2015	17:10:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:52:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>VIDEO GASTROSCOPIO TERAPÉUTICO</p> <p>12. Función NBI. 12. El termino NBI HD se refiere a una sola marca en el mercado. Solicitamos para mayor participación de oferentes que esta diga "Función NBI, FICE o cromoscopia electrónica."</p>	06-07-2015	17:10:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:53:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>VIDEO GASTROSCOPIO TERAPÉUTICO</p> <p>13. Longitud de trabajo de 103 cm. 13. Solicitamos que se amplie el rango para mayor participación de oferentes y se detalle "Longitud de trabajo de 103 a 109 cm".</p>	06-07-2015	17:11:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:53:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>VIDEO GASTROSCOPIO TERAPÉUTICO</p> <p>14. Profundidad de campo de 2 a 100 mm. 14. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Profundidad de campo de 2 a 3 y a 100 mm.</p>	06-07-2015	17:11:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:53:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>VIDEO GASTROSCOPIO TERAPÉUTICO</p> <p>15. Diámetro exterior del tubo de inserción de 12,2 mm. 15. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Diámetro exterior del tubo de inserción de 11,5 a 12,2 mm. "</p>	06-07-2015	17:12:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:53:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>VIDEO GASTROSCOPIO TERAPÉUTICO</p> <p>16. Diámetro exterior de la punta flexible de 12.6 mm. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Diámetro exterior de la punta flexible de 11,5 a 12.6 mm. "</p>	06-07-2015	17:12:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:53:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>VIDEO GASTROSCOPIO TERAPÉUTICO</p> <p>16. Diámetro exterior de la punta flexible de 12.6 mm. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Diámetro exterior de la punta flexible de 11,5 a 12.6 mm. "</p>	06-07-2015	17:14:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:54:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO GASTROSCOPIO TERAPÉUTICO 17. Con 4 (cuatro) botones programables. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Con 3 (tres) a 4 (cuatro) botones programables"	06-07-2015	17:15:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:54:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO GASTROSCOPIO 18. Con CCD HDTV. Solicitamos que se obvie la sigla HDTV en esta característica ya que la utiliza solo una marca en el mercado y la característica "De alta definición con CCD" da por entendido que debe ser un videoendoscopio de alta definición y compatible con el procesador HDTV ofertado.	06-07-2015	17:15:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:54:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO GASTROSCOPIO 19. Diámetro exterior del tubo de inserción 9.9 mm. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Diámetro exterior del tubo de inserción 9,2 A 9.9 mm."	06-07-2015	17:16:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:54:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO GASTROSCOPIO 20. Foco dual o doble foco, óptico. El termino foco dual o doble foco se refiere a una sola marca por lo que solicitamos para mayor participación de oferentes que esta se amplíe a "Función foco dual, doble foco o magnificación electrónica"	06-07-2015	17:16:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:54:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO GASTROSCOPIO 21 . Función NBI HD. El termino NBI HD se refiere a una sola marca en el mercado. Solicitamos para mayor participación de oferentes que esta diga "Función NBI, FICE o cromoscopia electrónica."	06-07-2015	17:17:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:55:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO GASTROSCOPIO 22. Profundidad de campo normal 5 ~ 100 mm, cerca 2~6 mm. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle "Profundidad de campo normal 2 A 5 ~ 100 mm, cerca 2~6 mm (opcional)"	06-07-2015	17:17:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:55:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO GASTROSCOPIO 23. Longitud de trabajo 1030mm. Y longitud total del tubo 1350 mm. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle Longitud de trabajo 1030 A 1100mm. Y longitud total del tubo 1350 A 1400 mm.	06-07-2015	17:18:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:55:22

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO GASTROSCOPIO 24. 4 (cuatro) botones o más programables para diferentes funciones en el endoscopio. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Con 3 (tres) a 4 (cuatro) botones programables"	06-07-2015	17:18:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:55:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO GASTROSCOPIO 24. 4 (cuatro) botones o más programables para diferentes funciones en el endoscopio. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Con 3 (tres) a 4 (cuatro) botones programables"	06-07-2015	17:19:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:55:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO GASTROSCOPIO 25. Mínima distancia visible 3 mm. Desde el extremo distal. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Mínima distancia visible 2 A 3 mm. Desde el extremo distal."	06-07-2015	17:19:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:55:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO COLONOSCOPIO 26. Con CCD HDTV. Solicitamos que se obvie la sigla HDTV en esta característica ya que la utiliza solo una marca en el mercado y la característica "De alta definición con CCD" da por entendido que debe ser un videoendoscopio de alta definición y compatible con el procesador HDTV ofertado.	06-07-2015	17:20:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:55:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO COLONOSCOPIO 26. Con CCD HDTV. Solicitamos que se obvie la sigla HDTV en esta característica ya que la utiliza solo una marca en el mercado y la característica "De alta definición con CCD" da por entendido que debe ser un videoendoscopio de alta definición y compatible con el procesador HDTV ofertado.	06-07-2015	17:23:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:56:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO COLONOSCOPIO 27. Diámetro exterior del tubo de inserción 12.8 mm. Pudiendo aumentar en el extremo distal. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Diámetro exterior del tubo de insercción DE 12.00 A 12.8 mm."Y "Pudiendo aumentar en el extremo distal (opcional)" sea opcional ya que solo una marca en el mercado la tiene.	06-07-2015	17:23:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	10:56:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO COLONOSCOPIO 28. Foco dual o doble foco. El termino foco dual o doble foco se refiere a una sola marca por lo que solicitamos para mayor participación de oferentes que esta se amplíe a "Función foco dual, doble foco o magnificación electronica"	06-07-2015	17:24:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:03:18

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO COLONOSCOPIO 29. Función NBI HD o similar. El termino NBI HD se refiere a una sola marca en el mercado. Solicitamos para mayor participación de oferentes que esta diga "Función NBI, FICE o cromoscopia electrónica."	06-07-2015	17:24:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:03:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO COLONOSCOPIO 30. Canal de trabajo de 3,7 mm. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Canal de trabajo de 3,7 a 3,8 mm. "	06-07-2015	17:25:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:03:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO COLONOSCOPIO 31. Campo de visión: Normal 170° Frontal y cercano 160° Frontal. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Campo de visión: Normal 140 a 170° y sea opcional Frontal y cercano 160° Frontal "	06-07-2015	17:25:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:03:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO COLONOSCOPIO 32. Profundidad de campo normal 5~100 mm, cerca 2~6 mm. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Profundidad de campo normal 2 a 5~100 mm, cerca 2~6 mm (opcional).	06-07-2015	17:26:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:03:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO COLONOSCOPIO 33. Longitud de trabajo 1680 mm. Y longitud total del tubo 2005 mm. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Longitud de trabajo 1680 a 1690 mm. Y longitud total del tubo 1990 a 2005 mm.	06-07-2015	17:26:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:04:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO COLONOSCOPIO 34. 4 (cuatro) botones o más programables para diferentes funciones en el endoscopio. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Con 3 (tres) a 4 (cuatro) botones programables"	06-07-2015	17:26:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:04:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO COLONOSCOPIO 35. Mínima distancia visible 3 mm. Desde el extremo distal. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Mínima distancia visible 2 A 3 mm. Desde el extremo distal."	06-07-2015	17:27:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:04:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO COLONOSCOPIO 36. Capacidad de alta transmisión de fuerza con el torque 1:1 entre el mando y el tubo de inserción. Solicitamos que dicha característica sea OPCIONAL ya que solo una marca la posee en el mercado.	06-07-2015	17:28:13

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
el oferente debera remitirse al Pliego de Bases y condiciones	16-07-2015	11:11:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO COLONOSCOPIO 37. Rigidez variable del tubo de inserción. Solicitamos que dicha característica sea OPCIONAL ya que solo una marca la posee en el mercado.	06-07-2015	17:29:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
el oferente debera remitirse al Pliego de Bases y condiciones	16-07-2015	11:11:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO DUODENOSCOPIO 38 Diámetro exterior del tubo de inserción 11,3 mm y el extremo distal 13,7 mm. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Diámetro exterior del tubo de inserción 11,3 a 11,5 mm y el extremo distal de 13,1 a 13,7 mm.	06-07-2015	17:29:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:12:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO DUODENOSCOPIO 39. Angulaciones 120° hacia arriba, 90° hacia abajo, 90° hacia la derecha y 110° hacia la izquierda. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Angulaciones 120 a 130° hacia arriba, 90° hacia abajo, 90 a 110° hacia la derecha y 90 a 110° hacia la izquierda.	06-07-2015	17:30:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:12:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO DUODENOSCOPIO 40. Campo de visión 100°. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Campo de visión de 98 a 100°.	06-07-2015	17:30:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:12:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO DUODENOSCOPIO 41. Profundidad de campo 5~60 mm. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Profundidad de campo 4 a 5~60 mm.	06-07-2015	17:31:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:12:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO DUODENOSCOPIO 42. Mínima distancia visisble 10 mm. Solicitamos que dicha característica sea OPCIONAL ya que solo una marca la posee en el mercado.	06-07-2015	17:31:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:13:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO DUODENOSCOPIO 43. Longitud de trabajo 1240 mm. Y longitud total del tubo 1550 mm. Solicitamos que se amplíe el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Longitud de trabajo 1240 a 1250 mm. Y longitud total del tubo 1550 mm.	06-07-2015	17:32:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:13:08
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO DUODENOSCOPIO 44. 4 (cuatro) botones programables para diferentes funciones en el endoscopio. Solicitamos que se amplie el rango para mayor participación de oferentes y se detalle " Con 3 (tres) a 4 (cuatro) botones programables"	06-07-2015	17:32:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:13:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEO DUODENOSCOPIO 45. Mínima distancia visible 10 mm. Desde el extremo distal. Solicitamos que dicha característica sea OPCIONAL ya que solo una marca la posee en el mercado.	06-07-2015	17:33:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:13:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
46. Solicitan endoscopios con canal adicional para lavado pero no piden la bomba de agua. Nos gustaría saber si se debe agregar a la oferta una bomba de agua. Dichas EETT serian: Bomba de irrigación externa (Cant. 1), para uso con videendoscopios con canal adicional de lavado con chorro de agua frontal con: Pedal, contenedor de liquido de 1 Litro, Tubo de irrigación	06-07-2015	17:34:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
el oferente debera remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	16-07-2015	11:14:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. En relación al Procesador de Imagen: Consultamos si se podrá ofrecer de manera opcional, un procesador adicional al principal, para la conexión de un cabezal de cámara y el uso de los Laparoscopios solicitados. Solicitamos se permita esta opción, para permitir la mayor participación de oferentes, ya que el procesador combinado para videoendoscopia y laparoscopia, es característico de una sola marca.	06-07-2015	17:35:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse al Pliego de Bases y CONdiciones	16-07-2015	11:14:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2. En relación al Proceador de Imagen adicional: El procesador adicional debe ser Full HD, con una resolución de 1920 x 1080 en escaneo progresivo, o mejor?	06-07-2015	17:36:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse al Pliego de Bases y CONdiciones	16-07-2015	11:16:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3. En relación al insuflador: Se puede ofrecer un insuflador con capacidad de 35 litros por minuto, o más?	06-07-2015	17:36:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:16:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4. En relación al cabezal de cámara: solicitamos que la función NBI solicitada sea considerada opcional, ya que es una función característica de una sola marca. Además es de limitada utilidad en aplicaciones laparoscópicas.	06-07-2015	17:37:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:16:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PROCESADOR DE IMAGEN 1. Salida de señal digital HD-SDI, SD-SDI, DV (IEEE 1394) y DVI (WUXGA o SXGA) 1. Pueden ser salidas digitales como HD-SDI (dos salidas) y DVI (Digital Video Interface) (dos salidas) ya que con estas dos salidas diferentes nuestro procesador logra tener una salida digital y conectarse a monitores u otros equipos dando una imagen de alta definición y digital?	07-07-2015	11:35:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:16:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Procesador de Imágen 2. Auto ajuste de ganancia AGC. 2. El termino AGC se refiere a una sola marca en el mercado. Solicitamos para mayor participación de oferentes que esta diga "Ajuste de ganancia o brillo. Omitir la palabra AGC.	07-07-2015	11:35:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:17:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Procesador de Imágen 3. Función NBI HD. 3. El termino NBI HD se refiere a una sola marca en el mercado. Solicitamos para mayor participación de oferentes que esta diga "Función NBI, FICE, SPIES o cromoscopia electrónica.	07-07-2015	11:36:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:17:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Procesador de imágen 4. Función foco dual o doble foco. 4. El termino foco dual o doble foco se refiere a una sola marca por lo que solicitamos para mayor participación de oferentes que esta se amplie a "Función foco dual, doble foco o magnificación electronica	07-07-2015	11:36:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:17:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Procesador de Imágen 5. Compatible con equipos de endoscopia, laparoscopia, broncoscopio y otrorrinolaringología. 5. Dicha característica la cumple solo una marca en el mercado mundial. Por lo que solicitamos, para mayor participación de oferentes, que se le permita a los demás oferentes a adicionar un procesador para usar con los laparoscopios, broncoscopios y otorrinolaringología, estando esto en la misma torre de endoscopia y conectado al mismo monitor de endoscopia.	07-07-2015	11:38:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse al Pliego de Bases y CONdiciones	16-07-2015	11:16:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Procesador de imágen 6. Con memoria portátil USB. 6. Solicitamos si esta puede ser "con memoria portátil USB o tarjeta de memoria.	07-07-2015	11:38:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:17:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Procesador de imágen 7. Memoria interna (buffer 1GB). 7. Solicitamos que esta característica sea OPCIONAL ya que solo va dirigida a una sola marca en el mercado mundial y no es necesaria ya que todas las fotos que se sacan se graban en la tarjeta de memoria o USB.	07-07-2015	11:38:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:17:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FUENTE DE LUZ 1. Lámpara de emergencia halógena de 35 W. 1. Solicitamos si la lámpara de emergencia puede ser de 35 a 75W.	07-07-2015	11:39:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:17:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Fuente de Luz 2. Función NBI HD. 2. El termino NBI HD se refiere a una sola marca en el mercado. Solicitamos para mayor participación de oferentes que esta diga "Función NBI, FICE, SPIES o cromoscopia electrónica."	07-07-2015	11:39:55
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:18:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PROCESADOR DE IMÁGEN Consultamos si se podrá ofrecer de manera opcional, un procesador adicional al principal, para la conexión de un cabezal de cámara y el uso de los Laparoscopios solicitados. Solicitamos se permita esta opción, para permitir la mayor participación de oferentes, ya que el procesador combinado para videoendoscopia y laparoscopia, es característico de una sola marca.	07-07-2015	11:41:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse al Pliego de Bases y CONdiciones	16-07-2015	11:16:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PROCESADOR DE IMÁGEN En caso de posibilitar la oferta de un procesador adicional está ¿debe ser Full HD, con una resolución de 1920 x 1080 en escaneo progresivo, o mejor?	07-07-2015	11:42:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:18:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
INSUFLADOR Se puede ofrecer un insuflador con capacidad de 35 litros por minuto, o más, a fin de permitir la mayor participación de ofertentes	07-07-2015	11:43:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:18:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CABEZAL DE CÁMARA Solicitamos que la función NBI solicitada sea considerada opcional, ya que es una función caracterísitica de una sola marca. Además es de limitada utilidad en aplicaciones laparoscópicas.	07-07-2015	11:44:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:18:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
LAPAROSCOPIO HD DE 10mm, 0°, 30° y 45°. ¿No se especifica la longitud de las mismas. Se pueden ofertar de 31cm?	07-07-2015	11:47:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:19:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
LAPAROSCOPIO HD DE 5mm, 0°, 30° y 45°. ¿No se especifica la longitud de las mismas. Se pueden ofertar de 29cm?	07-07-2015	11:48:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:19:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CABLE DE LUZ. No se especifica la longitud de la misma: ¿se puede cotizar de 250 a 300cm?.	07-07-2015	11:49:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse a la Adenda N° 3.	16-07-2015	11:19:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. En relación al Procesador de Imagen: Reiteramos la Consulta porque no nos quedó claro la respuesta anterior. Consultamos si se permitirá ofrecer de manera opcional, un procesador adicional al principal, para la conexión de un cabezal de cámara y el uso de los Laparoscopios solicitados. Se estaría armando una sola torre de video, para las aplicaciones en gastroscopia y endoscopia rígida, pero con la salvedad de contar con dos procesadores. Solicitamos se permita esta opción, para permitir la mayor participación de oferentes, ya que el procesador combinado para videoendoscopia y laparoscopia, es característico de una sola marca.	20-07-2015	11:18:05
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ?Procesador único compatible entre equipo de laparoscopia y endoscopia para ahorro de espacio en quirófano?, favor ajustarse al pliego de bases y condiciones.	21-07-2015	15:02:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PROCESADOR DE IMAGENES: Según la addenda N 03/2015 solicitamos si en las Salidas de señal digital HD-SDI, SD-DVI, DV (IEEE 1394) y DVI (WUXGA o SXGA) puede ser "al menos dos de ellas"	20-07-2015	20:13:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
?Podrán ofertarse equipos con procesador de imagen con salida Digital HD-SDI (al menos dos) y DVI (al menos dos) que permitan obtener una imagen digital de alta definición, para dar participación a mas oferentes.	21-07-2015	15:02:54

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	Sin categorizar	1	007.1508.034082/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	29-07-2015	29-07-2015	05-01-2016
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Sin categorizar	2	28.1508.0002751.0000	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA	28-07-2015	29-07-2015	05-01-2016
SALUMAX S.A. - 80018828-4	Sin categorizar	3	02.01508.4233/0000	Póliza	LA RURAL S.A. DE SEGUROS	28-07-2015	28-07-2015	24-01-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42294944-998	Torre para videoendoscopio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Olympus	Olympus	no aplica	USA	Torre para videoendoscopio	6.900.000.000	6.900.000.000
SALUMAX S.A. - 80018828-4	FUJINON/KARL STORZ	FUJINON/KARL STORZ	EPX-4450HD	JAPON/ALEMANIA	Torre de endoscopia y laparoscopia	1.697.648.300	1.697.648.300

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42291613-003	Electrobisturi					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	EMED	EMED	Spectrum	Polonia	Electrobisturi con gas argon	120.000.000	120.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Bowa	Bowa	no aplica	alemana	electrobisturi	540.000.000	540.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Torre para videoendoscopio				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	1.697.648.300	29-07-2015	07:23:08.867	Propuesta
		Código Verificador:	64c1f27af6bcc957077f99ce88c55e04	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	3.500.000.000	29-07-2015	07:48:34.975	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	8031cc5c0e71a2fe45febb9329eca6d	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	6.900.000.000	29-07-2015	07:23:08.872	Propuesta
		Código Verificador:	6f49746496629f53b6a912cb89064f52	

2 - Electrobisturi

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	120.000.000	29-07-2015	07:23:08.927	Propuesta
		Código Verificador:	37091a749602a9f96118c64db674ac32	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	250.000.000	29-07-2015	08:03:58.101	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc8331675a40b3b94e0436c678a4df1b	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	540.000.000	29-07-2015	07:23:08.929	Propuesta
		Código Verificador:	6a2cdd99f0ef42cc1c0d50e497382de5	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Torre para videoendoscopio

Oferente	Mejor Precio
SALUMAX S.A. - 80018828-4	1.697.648.300
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	3.500.000.000

2 - Electrobisturi

Oferente	Mejor Precio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	120.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	250.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80006779-7 - SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)

Item	Precio Ganador
2 - Electrobisturi	120.000.000

Proveedor: 80018828-4 - SALUMAX S.A.

Item	Precio Ganador
1 - Torre para videoendoscopio	1.697.648.300

Listado de Mensajes

1 - Torre para videoendoscopio

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-07-2015	07:32:35.120
Buenos días, comenzamos la Subasta.	29-07-2015	07:32:42.835
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-07-2015	07:35:24.807
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	29-07-2015	07:35:33.602
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	29-07-2015	07:35:43.585
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-07-2015	07:41:48.596
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-07-2015	07:41:53.845
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-07-2015	07:47:53.989
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-07-2015	07:53:47.063
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-07-2015	07:53:47.122

2 - Electrobisturi

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-07-2015	07:54:33.314
Continuamos con la Subasta.	29-07-2015	07:54:41.597
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-07-2015	07:54:51.856
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	29-07-2015	07:55:01.746
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-07-2015	07:56:56.222
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-07-2015	07:56:59.658
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-07-2015	08:02:59.711
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-07-2015	08:07:55.968
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-07-2015	08:07:56.096

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.