

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 312464

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:01 del día 2/9/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 312464 - ADQUISICIÓN DE MEZCLADORES DE AIRE-OXIGENO PARA EL MSP Y BS de la Institución:

Código Verificador: 88cc7127bf08bf37f827dc73ccf3f45c

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C) - Dirección Operativa de Contrataciones(D.O.C) - Nivel Central
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2. Características Especiales Ajuste de flujo de 0 a 15 l/min Consulta: a) Para el Mezclador de Oxígeno/Aire para neonato debe tener: los flujímetro de aire debe ser de 0 a 15 LPM y el flujímetro de oxígeno debe ser de 0 a 200 CCM. b) Para el Mezclador de Oxígeno/Aire para neonato debe tener: los flujímetro de aire debe ser de 0 a 15 LPM y el flujímetro de oxígeno debe ser de 0 a 1 LPM. c) Para el Mezclador de Oxígeno/Aire para neonato debe tener: los flujímetro de aire debe ser de 0 a 15 LPM y el flujímetro de oxígeno debe ser de 0 a 3,5 LPM. ¿Favor aclarar si cual de las especificaciones se debe tener en cuenta?	15-08-2016	10:57:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la ADENDA N° 1	26-08-2016	11:49:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 1: Favor aclarar si el mezclador debe incluir soporte de pared, original del fabricante, de forma que pueda ser montado en la sala de UCI, Urgencias o Quirófano. Consulta 2: En las especificaciones se solicita mezcladora para neoantos, pero solicita dos flujímetros de 0 a 15LPM. Creemos que existe un error ya que para un mezclador para neonatos generalmente posee dos flujímetros integrados: uno con rango de 0 a 15LPM para ser utilizado con un resucitador manual (AMBU) y el otro con rango de 0 a 3,5LPM para ser utilizado con una cánula nasal. Favor verificar y corregir. Consulta 3: Si se considera un flujímetro con rango de 0 a 3,5LPM, de forma a evitar una purga o sangrado innecesario, se consulta si el flujímetro debe tener una llave ON/OFF que impida la purga o sangrado cuando no se usa el flujímetro. Consulta 4: Se consulta si los dos flujímetros que posee el mezclador deben estar permanentemente conectados al mezclador, es decir, que no puedan ser desconectados o desmontado por el usuario. Se recomienda para evitar errores en el uso del sistema.	15-08-2016	18:21:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la ADENDA N° 1	26-08-2016	11:49:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Consulta 1: Favor aclarar si el mezclador debe incluir soporte para ser montado en un portasuero o columna fija, original del fabricante, de forma que pueda ser utilizado en transportes en una ambulancia o como sistema móvil en una UCI, Urgencia o Quirófano. Consulta 2: En las especificaciones se solicita mezcladora para neoantos, pero solicita dos flujímetros de 0 a 15LPM. Creemos que existe un error ya que para un mezclador para neonatos generalmente posee dos flujímetros integrados: uno con rango de 0 a 15LPM para ser utilizado con un resucitador manual (AMBU) y el otro con rango de 0 a 3,5LPM para ser utilizado con una cánula nasal, CPAP, etc. Favor verificar y corregir. Consulta 3: Si se considera un flujímetro con rango de 0 a 3,5LPM, de forma a evitar una purga o sangrado innecesario, se consulta si el flujímetro debe tener una llave ON/OFF que impida la purga o sangrado cuando no se usa el flujímetro. Consulta 4: Se consulta si los dos flujímetros que posee el mezclador deben estar permanentemente conectados al mezclador, es decir, que no puedan ser desconectados o desmontado por el usuario. Se recomienda para evitar errores en el uso del sistema.</p>	15-08-2016	18:21:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la ADENDA N° 1	26-08-2016	11:50:23

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	Sin categorizar	1	007.1508.037182/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	01-09-2016	02-09-2016	09-02-2017
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	Sin categorizar	2	007.1508.037171	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS	01-09-2016	02-09-2016	17-02-2017
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	Sin categorizar	3	007.1508.037179/000	Póliza	La consolidada de seguro	01-09-2016	01-09-2016	18-02-2017

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42271703-001	Mezclador de oxígeno y aire para ventilador pulmonar					20
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	Ohio	Ohio Medical Corporation	6750-0018-919	Estado Unidos	Mezclador NEO con caudalímetros empotrados	20.000.000	400.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	BIOMED	BIOMED	2003FF	USA		10.400.000	208.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	Bird	Carefusion	Bird	USA	Mezclador de oxígeno y aire	17.760.600	355.212.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42271703-001	Mezclador de oxígeno y aire para ventilador pulmonar					20
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	Ohio	Ohio Medical Corporation	6750-0018-919	Estados Unidos	Mezclador Neo con caudalímetros empotrados	20.000.000	400.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	BIOMED	BIOMED	2003FF	USA		10.400.000	208.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	Bird	Carefusion	Bird	USA	Mezclador de oxígeno y aire	19.413.999	388.279.980

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

Listado General de todas las Ofertas

1 - ADQUISICIÓN DE MEZCLADORES DE AIRE-OXIGENO PARA EL MSP Y BS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	416.000.000	02-09-2016	07:42:50.232	Propuesta
		Código Verificador:	224ef7c7a2a5254ff4dcb5137b68828b	
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	417.000.000	02-09-2016	07:51:59.839	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c0653fb07b10525fb63396052439c40b	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	548.639.080	02-09-2016	07:59:04.002	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	272021f1c174e7890d797c2f935e37b6	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	743.491.980	02-09-2016	07:42:50.238	Propuesta
		Código Verificador:	137f7459c563489d949f5cbd240bd2d4	
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	800.000.000	02-09-2016	07:42:50.235	Propuesta
		Código Verificador:	eb3e1107be9a7e679a4884b94c75a94d	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - ADQUISICIÓN DE MEZCLADORES DE AIRE-OXIGENO PARA EL MSP Y BS

Oferente	Mejor Precio
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	416.000.000
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	417.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	548.639.080

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80006779-7 - SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)

Item	Precio Ganador
1 - ADQUISICIÓN DE MEZCLADORES DE AIRE-OXIGENO PARA EL MSP Y BS	416.000.000

Listado de Mensajes

1 - ADQUISICIÓN DE MEZCLADORES DE AIRE-OXIGENO PARA EL MSP Y BS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-09-2016	07:42:53.006
Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-09-2016	07:42:59.234
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	02-09-2016	07:43:03.579
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-09-2016	07:48:43.569
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-09-2016	07:51:26.435
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-09-2016	07:51:29.235
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-09-2016	07:58:00.797
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-09-2016	08:01:08.862
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-09-2016	08:01:08.941

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.