

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 340369

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 13:51 del día 5/12/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 340369 -

LPN SBE 10-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS de la Institución:

Código Verificador: b60fc054506873760b9e53c6f4188b77

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Problemas del SICP. (Fecha de aviso: 5-12-2019)
Considerando los problemas técnicos en el SICP, en breve estaremos avisando sobre el reinicio de competencia del grupo 105.-
problemas en el SICP (Fecha de aviso: 5-12-2019)
Considerando los problemas técnicos en el SICP, en 15 minutos reiniciaremos la competencia del grupo 105.

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Debido a la diversidad de equipos solicitados en el Lote 2, y para ampliar la cantidad de posibles oferentes, se solicita a al Convocante la modificación del sistema de adjudicación adjudicación sea por ítem o que se establezca un lote por cada equipo.	26-11-2018	10:59:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 14 y al Sistema de adjudicación modificado en el SICP.	26-03-2019	08:30:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Datos del Llamado. Datos del Procedimiento. Sistema de Adjudicación: Por Lote Consideramos que el Sistema de Adjudicación: Por Lote, propuesto por el Convocante restringe la posibilidad de participación de las pequeñas y medianas empresas, debido a la enorme variedad de equipos solicitados y por consiguiente, la necesidad de una fuerte inversión económica para encarar este llamado. Es importante señalar que la DNCP hace tiempo viene promoviendo la participación de pequeñas y medianas empresas como proveedores del Estado, por lo que este sistema de Adjudicación (por lote) propuesto por el Convocante se aparta de la estrategia de promoción antes mencionada. Por lo expuesto de manera precedente, respetuosamente solicitamos al Convocante tenga a bien modificar el Sistema de Adjudicación: Por Lote a Sistema de Adjudicación: Por Ítem.-	27-11-2018	09:16:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Sistema de adjudicación modificado en el SICP	26-03-2019	08:30:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente a la convocante modificar el Sistema de Adjudicación por Lote a Sistema de Adjudicación por ÍTEM , tal como estan conformados los lotes 1,2 y 3, la libre competencia se encuentra restringida, beneficiando así solo a unas pocas empresas y evitando así la participación de otros oferentes, privándose el IPS de contar con varias ofertas para evaluar.	27-11-2018	14:48:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Sistema de adjudicación modificado en el SICP.	26-03-2019	08:31:05
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En cuanto al Sistema de Adjudicación Por Lote propuesto por la Convocante. Nuestra empresa considera que este tipo de Sistema de Adjudicación "Por Lote" restringe la posibilidad de participación de las PYMES y Oferentes en su gran mayoría, debido a la gran variedad y complejidad de equipos solicitados en cada Lote, por consiguiente, la necesidad de una fuerte inversión económica para encarar este tipo de llamados. Es importante señalar que la DNCP hace tiempo viene promoviendo la participación de pequeñas y medianas empresas como proveedores del Estado, por lo que este sistema de Adjudicación (por lote) propuesto por la Convocante se aparta de la estrategia de promoción antes mencionada. Por lo expuesto de manera precedente, respetuosamente solicitamos a la Convocante tenga a bien modificar el Sistema de Adjudicación de Por Lote a Sistema de Adjudicación Por Ítem, para dar mayor participación a los oferentes y a la institución mas opciones.	27-11-2018	15:03:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Sistema de adjudicación modificado en el SICP.	26-03-2019	08:31:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por medio de la presente, solicitamos a quien corresponda, se cambie el sistema de adjudicación por lote, a sistema de adjudicación por ítem. Nuestra solicitud radica en que una sola empresa proveedora no podrá ofertar por lote sin hacer un consorcio entre varias otras (cuatro o cinco empresas). Los orígenes tecnológicos de los ítems solicitados son muy diferentes, para lo cual las empresas representantes estamos especializadas en servicios técnicos únicos de las empresas y tecnologías por las cuales ofertamos los productos y ofrecemos servicios técnicos autorizados, auditados y exigidos por el MSP y BS. Consideramos que la institución se beneficiara con mayores oferentes y por ende con mejores ofertas. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROTESTAR EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ANTE LA DNCP.	27-11-2018	16:09:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Sistema de adjudicación modificado en el SICP.	26-03-2019	08:31:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos, tengan a bien considerar, modificar el sistema de adjudicación por LOTE, a adjudicación por ÍTEM. Es imposible que una sola empresa pueda proveer todos los ítems que se encuentran en cada lote, ya que son ítems tecnológicamente muy diferentes entre sí. Cada empresa se especializa en un sector determinado de dispositivos médicos, contando para ello con infraestructura especial y servicio técnico autorizado por los fabricantes, como lo exige el Ministerio de Salud. La única forma de que se pueda proveer todo lo solicitado, es en un consorcio de al menos 5 empresas. Es imposible conformar un Consorcio así de complejo, en los 15 días que da tiempo la Convocante para presentar la Oferta, salvo que el llamado esté dirigido únicamente a un potencial oferente que pudiera reunir todos los equipos por cada lote, contrariando los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia que debe primar en el proceso de contrataciones públicas.	27-11-2018	17:01:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Sistema de adjudicación modificado en el SICP.	26-03-2019	08:31:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Mesa con ruedas y frenos de dimensiones adecuadas al equipo, con al menos un cajon. Solicitamos a la convocante poder presentarse tambien con una mesa adecuada al equipo con un canastillo y asi dar mayor participacion a oferentes.	28-11-2018	08:30:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:31:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 5. Soporte técnico capacitado, demostrable mediante certificados del fabricante de los equipos ofertados, legalizados por consulado del país de origen Consulta: Solicitamos respetuosamente a la convocante poder presentar el certificado del fabricante para la apertura de ofertas una copia simple y en caso de ser adjudicado para la firma del contrato presentar la documentacion legalizado por el consulado del pais de origen y asi dar oportunidad a mas oefrentes.	28-11-2018	10:08:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:32:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 7. Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. Consulta: Solicitamos respetuosamente a la convocante poder presentar el certificado del fabricante para la apertura de ofertas una copia simple y en caso de ser adjudicado para la firma del contrato presentar la documentacion legalizado por el consulado del pais de origen y asi dar oportunidad a mas oefrentes.	28-11-2018	10:09:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:32:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Punto 6.4.15 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica, como una futura actualización con central de monitoreo. Solicitamos a la convocante que este parámetro sea opcional, considerando que limita la participación de oferentes y que la mayoría de los monitores pueden ser conectados a una central de monitoreo y al sistema de información hospitalaria	28-11-2018	10:38:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:32:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Medición de variación de volumen sistólico (VVS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje de forma automática. Estos valores se miden a través del gasto cardiaco, por lo cual solicitamos a la convocante considerarlo como opcional, atendiendo a que estamos hablando de una especificación de monitores, por el cual limitarían la participación de importantes marcas, y orientado a una marca en particular que no tendría competencia alguna, atentando así contra la Ley 2051/03 en la que especifica la igualdad y libre competencia.	28-11-2018	10:41:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:32:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Deberá contar con 4 canales de EEG con análisis de arreglo espectral comprimido (Compressed spectral array (CSA)) Solicitamos a la convocante eliminar este punto, ya que esta especificación está dirigida a una empresa que sería la única en cumplirla, la cual imposibilitaría la presentación de otras ofertas, incumpliendo así la ley 2051/03 donde especifica la igualdad y libre competencia.	28-11-2018	11:11:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:32:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consideramos que el sistema de Adjudicación por Lote propuesto por la Convocante restringe la posibilidad de participación de mayor cantidad de oferentes como así también de las pequeñas y medianas empresas. Esta restricción se debe a la diversidad de equipos solicitados por la Convocante en cada lote que, a excepción del LOTE 3, nada tienen que ver los ítems unos con otros, para lo cual se necesita una fuerte inversión económica para participar del presente llamado, ya que de no ofertar un ítem el oferente queda eliminado del lote en sí. El artículo 4 inciso b) de la ley 2051/03 establece que la actividad de contratación pública se regirá por ciertos principios, dentro de los cuales se encuentra la IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, el cual es consagrado también en el artículo 46 de la Constitución Nacional del Paraguay, que establece la igualdad de las personas frente a la Administración concediendo el derecho a acceder a los negocios que ofrece el Estado a través de sus instituciones, y en el artículo 107 de la Constitución Nacional del Paraguay, segundo párrafo, que establece que se garantizará la competencia en el mercado, por lo que se solicita el cambio de sistema de adjudicación actual que es por lote a ADJUDICACION POR ITEM, conforme al artículo 18 inciso 3 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03. Es importante señalar que el pliego de condiciones debe ser suficientemente preciso pero no exageradamente específico a fin de que solo uno o pocos oferentes puedan cumplirlo dando así una ventaja manifiesta y privilegiada sobre otro oferente, como está ocurriendo en este caso específico donde se encuentran varios oferentes que pueden cumplir con lo solicitado por la Convocante pero no bajo el sistema de adjudicación por lotes con tantos ítems que no tienen relación unos con otros. Por otro lado, esta industria exige certificaciones y permisos de la autoridad competente y es casi imposible que una sola empresa tenga toda la capacidad técnica certificada y las habilitaciones para comercializar todos los ítems. Los plazos tampoco permiten consorcios entre empresas. En consecuencia, se solicita el cambio de sistema de adjudicación actual que es por lote a ADJUDICACION POR ITEM.	28-11-2018	12:15:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Sistema de adjudicación modificado en el SICP.	26-03-2019	08:33:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Referente al plazo de entrega de los equipos, solicitamos respetuosamente a la convocante que sea extendido dicho plazo a 120 días, teniendo en cuenta que la gran cantidad de equipos requeridos (Lote 1, 2 y 3) obliga a incurrir en un proceso de importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De manera a no limitar la presentación de potenciales oferentes.	28-11-2018	15:04:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:33:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.1. – Solicitamos que se amplíen las especificaciones técnicas a unidad de control de cámara / procesador de imagen, sistema color NTSC y/o Pal.	29-11-2018	08:52:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:33:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.2. – Solicitamos aclarar si el integrado se refiere a que el procesador de imágenes y fuente de luz deben estar integrados en un solo equipo.	29-11-2018	08:52:56

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se refiere a que la unidad de procesamiento sea un solo equipo, la fuente de luz puede estar separada.	26-03-2019	08:33:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.4. – Solicitamos que este punto sea opcional ya que corresponden a características de cámaras de ópticas de laparoscopia (endoscopia rígida). Los videoendoscopios no poseen estas características ya que el CCD o Chip lo hace.	29-11-2018	08:53:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:33:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.5. – Solicitamos sea opcional ya que hoy día los procesadores y fuentes de luz LED de videoendoscopia no requieren de balance de blancos (si las fuentes de luz xenón).	29-11-2018	08:53:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:34:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.6. – Solicitamos que se amplíen las especificaciones técnicas a teclas de funciones programables para funciones de cámara / procesador digital de imágenes y accesorios periféricos.	29-11-2018	08:53:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:34:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.8. – Solicitamos agregar la señal DVI ya que están solicitando un procesador de imagen digital.	29-11-2018	08:53:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:34:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.9. – Solicitamos que este punto sea opcional o se excluya ya que se trata de torres de laparoscopia.	29-11-2018	08:54:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:34:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.11. Solicitamos que se amplíen los rangos a: zoom electrónico seleccionable de 2 aumentos o más.	29-11-2018	08:54:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:34:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.12. – Solicitamos que este punto sea opcional ya que con la tecnología LED mas los super CCD, esto ya no se utiliza o se ajusta.	29-11-2018	08:55:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:35:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.13. – Solicitamos que sea opcional o se excluya ya que se trata de torres para laparoscopia.	29-11-2018	08:55:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:35:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.14. – Solicitamos que se amplíen los rangos a: Ajuste de tono de color rojo \pm 4 a 8 pasos, azul \pm 4 a 8 pasos, croma (azul/verde) \pm 4 a 8 pasos, mediante botón de ajuste de teclado.	29-11-2018	08:55:23
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:41:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.15. - Solicitamos que sea opcional o se excluya, ya que se trata de torres de laparoscopia.	29-11-2018	08:55:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:41:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.16. – solicitamos sea opcional o se excluya, ya que se trata de torres de laparoscopia.	29-11-2018	08:55:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:46:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.18. – solicitamos sea opcional o se excluya, ya que se trata de torres de laparoscopia.	29-11-2018	08:56:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:47:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.19. – solicitamos sea opcional o se excluya, ya que se trata de torres de laparoscopia.	29-11-2018	08:56:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:47:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.22. – solicitamos ampliar los rangos a Botón reset en el panel delantero o menú del usuario para establecer las configuraciones de fábrica.	29-11-2018	08:56:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:47:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.24. – solicitamos sea opcional o se excluya, ya que se trata de torres de laparoscopia.	29-11-2018	08:56:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:47:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.25. – solicitamos aclarar si se refiere a filtro digital a la cromo endoscopia electrónica.	29-11-2018	08:56:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se refiere a cualquier mejora de imagen lograda por software.	26-03-2019	08:47:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Desde el punto 4.2 a 4.2.7 (completo) - solicitamos sea opcional o se excluya. Este ítem se refiere a un accesorio de las torres de laparoscopia y que no lo requiere el videocolonoscopio.	29-11-2018	08:57:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:48:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3.1. – Se solicita 2 lámparas de repuestos, solicitamos que sea opcional o se excluya ya que las lámparas LED tienen una duración de 5 años o más.	29-11-2018	08:57:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:48:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto 4.3.2. – se vuelve a pedir lámparas de repuestos, solicitamos que se excluyan.	29-11-2018	08:57:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:48:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3.5. – solicitamos que sea opcional o se excluya ya que se refiere a ópticas rígidas (laparoscopia) y esto ya viene dentro del videocolonoscopio y son flexibles.	29-11-2018	08:58:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:48:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.5.2. – solicitamos que las puertas sean opcionales ya que las torres de endoscopia no requieren de estas puertas, como también solicitamos que la gaveta sea opcional.	29-11-2018	08:58:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:48:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4.1. – solicitamos que se amplíen los rangos a monitor de grado medico LED de 21 a 26 pulgadas como mínimo.	29-11-2018	08:58:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:48:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.5.7. – solicitar aclarar si esto se refiere a un equipo aparte del carro como ser: el grabador de DVD de grado médico.	29-11-2018	08:58:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se consideran equipos separados.	26-03-2019	08:49:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.7.4. – solicitamos que se amplíen los rangos a imagen tipo H o imagen amplia.	29-11-2018	08:58:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:49:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.7.14. – solicitamos que sea opcional la posibilidad de cambiar la rigidez.	29-11-2018	08:58:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:49:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.7.11. – solicitamos ampliar los rangos a: longitud total del tubo de inserción de 1990mm o mayor.	29-11-2018	08:59:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:49:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.7.12. – solicitamos ampliar los rangos a: longitud útil de inserción: 1600 mm o mayor.	29-11-2018	08:59:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:49:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.7.- Solicitamos especificar la cantidad de Videocolonoscopio que se deben ofertar.	29-11-2018	08:59:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se solicita uno por equipo.	26-03-2019	08:50:04

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.7.6. – Solicitamos ampliar la profundidad de campo de 3 mm (o menor) a 100 mm (o mayor)	29-11-2018	08:59:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:50:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3.4. – solicitamos que sean opcional, ya que las fuentes de luz LED no requieren indicación de cambios de lámpara como tampoco indiquen las horas de uso.	29-11-2018	09:05:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:50:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sistema de Adjudicación por Lote. En consideración de la gran variedad de equipos solicitados en el Lote 2, solicitamos al Convocante transferir algunos ítems a un nuevo lote a ser creado, por ejemplo Lote 4. Nos referimos a los siguientes ítems: 4, 13, 14, 15, 16, 23, 28, 30, 34, 35, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 54, 58, 72, 78, 81, 82, 91 y 92; estos ítems son equipos para un Centro de Medicina Física y Rehabilitación, que pueden formar un solo lote. Con la creación de este nuevo Lote, también se estaría permitiendo la oportunidad de participación a mas oferentes potenciales.-	29-11-2018	09:50:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:50:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2. Plan de Entregas Respetuosamente solicitamos que el Plazo para Entrega sea de 90 días, contados a partir del cobro del Anticipo Financiero.	29-11-2018	09:59:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:52:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2. Plan de Entregas Con referencia al PLAZO PARA TRASLADO, INSTALACION Y CAPACITACION, solicitamos que esta sea de 30 días, contados a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Provisoria.	29-11-2018	09:59:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:52:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CGC 14.1; 14.2 y 14.3 - a) ANTICIPO Con relación al porcentaje de Anticipo, solicitamos al Convocante aumentar dicho porcentaje al 35% o 40%, a fin de dotar de mayor capacidad financiera a los potenciales oferentes, a su vez el Convocante se verá beneficiado pues los precios de venta finales serán mas bajos, a raíz de que no serán transferidos a estos los intereses bancarios y/o financieros.	29-11-2018	10:04:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:52:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1.8 Salidas de señal compuesta: RGB, DV, S-Video No tiene sentido que soliciten un cezal Full HD y procesador con salidas analógicas. ¿Se podría cotizar con al señales DV, RGB, S-Video, SDI o HD, al menos 2?	29-11-2018	15:39:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:53:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1.11 Zoom electrónico seleccionable de 2 aumentos ¿Se podría cotizar con zoom electrónico o digital?	29-11-2018	15:40:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:53:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.2.4 Lente Zoom Parfocal integrado con focos de al menos 25mm a 50mm ¿Se podría cotizar con focos de al menos 15 a 50mm?	29-11-2018	15:41:49
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:53:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.3.1 y 4.3.2 Solicitan incluir lámparas de repuesto 2 y 3. No tiene sentido solicitar fuentes de luz LED y lámparas de repuesto, considerando que las fuentes de luz LED tienen una vida útil mayor a 25.000hs. Solicitamos excluir estos requisitos.	29-11-2018	15:44:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:53:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5.6 Velocidad de funcionamiento hasta 15.000rpm o más. ¿Se puede cotizar de 8.000rpm o más?	29-11-2018	15:44:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:53:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1.3 2 (dos) pinzas de corte completo angulado a derecha 45 con 3mm o mayor de diámetro, longitud 12cm o mayor ¿Se puede cotizar con 30° o mayor?	29-11-2018	15:46:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:53:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1.15 Un set completo para sutura de menisco... ¿Podrían especificar mejor lo solicitado, a los efectos de cotizar los instrumentos correctos?	29-11-2018	15:47:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:54:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1.16 Un set de instrumentales para artroscopia de hombro... ¿Podrían especificar mejor lo solicitado, a los efectos de cotizar los instrumentos correctos?	29-11-2018	15:48:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:54:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.3 Set de instrumentales para Artroscopia de Columna. ¿Podrían especificar mejor lo solicitado, a los efectos de cotizar los instrumentos correctos? Las especificaciones son muy ambiguas.	29-11-2018	15:50:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:54:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.5 Otros requerimientos. Solicitamos excluir estos requisitos, considerando que no forman parte de un equipo de Artroscopia.	29-11-2018	15:51:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:54:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1 Altura mínima 49cm o menos ¿Se puede cotizar con altura mínima de 55cm o menos?	29-11-2018	15:53:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:55:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.11.1 Trendelenburg de 20° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. ¿Se puede cotizar de 12° como mínimo?	29-11-2018	15:54:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:55:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.11.3 Sección de espalda de Fowler que cubra el rango de 0 a 70° como mínimo. ¿Se puede cotizar de 0 a 65° como mínimo?	29-11-2018	15:55:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:55:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.11.4 Altura máxima: 90cm o más ¿Se puede cotizar de 88cm o más? Altura mínima: 60cm o menos ¿Se puede cotizar de 69cm o menos?	29-11-2018	15:56:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:55:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.4.3.2 dice : Tres campos de entrada El nivel de detalle necesario en procedimientos traumatológicos y quirúrgicos generales es alcanzable con un formato de zoom o un segundo campo de entrada. Es por ello que solicitamos a la convocante modificar el punto mencionado a Dos o más campos de entrada que es un parámetro suficiente.	29-11-2018	15:56:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:55:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.7.2 Para papel de 50mm ¿Se puede cotizar para papel de 48 a 50mm?	29-11-2018	15:57:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:55:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.12 Dimensiones mínimas: Altura 0.80m incluyendo ruedas, Ancho 0.65m, Profundidad 0.50m ¿Se puede cotizar con Ancho de 0.60m y Profundidad de 0.49m?	29-11-2018	15:59:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:57:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Son correctas las EE.TT detalladas, considerando el bajísimo precio referencial fijado?	29-11-2018	16:01:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14 y a la planilla de precios modificada en el SICP.	26-03-2019	08:58:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De Acuerdo a la tecnología del equipo. Cinco sensores reusables, cinco adaptadores de vías aéreas reusable, Diez trampas de agua y cualquier otro adaptador necesario para CO2. Líneas de toma de muestra para pacientes intubados. Cantidad: 25 (veinticinco) Líneas de toma de muestra para pacientes no intubados. Cantidad: 25 (veinticinco). Solicitamos a la convocante aclarar este punto ya que los módulos de capnografía con trampa de agua (sidestream) no necesitan sensores y las que tienen sensores (mainstream) no necesitan trampa de agua. El ideal sería el capnografo sidestream, el cual no necesita de sensor pero si utiliza el resto de los accesorios que menciona el pliego de base y condiciones.	29-11-2018	16:01:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que estos accesorios deben incluirse sólo si la tecnología del equipo hace necesaria su utilización.	26-03-2019	08:58:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1.10 Velocidad de obturador: 1/100 a 1/50.000 o mayor rango ¿Se puede cotizar con velocidad de obturador automático?	29-11-2018	16:02:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:58:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto 1.4.5.5 dice "Tiempo de exposición fijo de 0.5 o menos segundos para todas las combinaciones de mAs" El tiempo de exposición en fluoroscopia depende de varios factores y la mayoría de los equipos están preparados para operar según régimen de pulsos (30, 10, 5 cuadros por segundo). Entendemos que se quiso hacer referencia a la anchura del pulso en fluoroscopia pulsada. Si es así, solicitamos modificar a Rango de ancho del pulso en fluoroscopia pulsada: de 0,007s o menos a 4s o más o aclarar a qué hace referencia la característica originalmente solicitada.	29-11-2018	16:03:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:58:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.4.6.3 dice "Dos focos entre 0,5 o menos y 1,5 mm o mayor" La cantidad y tamaño de los puntos focales son características constructivas de cada marca, y no constituyen parámetros que de por sí garanticen la calidad de los tubos de rayos X. Por lo tanto, solicitamos modificar el parámetro a: "Dos focos entre 0.6 o menor y 1.0 o mayor".	29-11-2018	16:03:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:59:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5.5 Grabador / reproductor de DVD con cables de conexión y al menos 100 (cien) discos DVD ¿Se podría cotizar como opción un sistema de gestión de Datos que permita la grabación de imágenes y videos con al menos 2 puertos USB?	29-11-2018	16:04:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se puede cotizar si los puertos USB son características adicionales pero no son excluyentes.	26-03-2019	08:59:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.4.1 dice "Diseño ergonómico: Panel de control regulable en altura con teclado alfanumérico para introducción de datos del paciente, Pantalla táctil de la menos 12 con al menos 3 páginas seleccionables mediante una función de deslizamiento" Solicitamos a la Convocante modificar el punto a permitir cotizar equipos con pantalla táctil de 10 pulgadas, sabiendo que la modificación solicitada es una variación ínfima del parámetro original, que no afectará al flujo de trabajo o desempeño del equipo.	29-11-2018	16:05:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:59:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5.6 Unidad electroquirúrgica ¿Podrían especificar las características técnicas del equipo solicitado?	29-11-2018	16:05:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	08:59:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.4.2 dice "Monitor color LCD de al menos 21 (pulgadas), medidas diagonalmente con ángulo de visión mayor a 178° (horizontal y vertical)" Considerando que la tecnología LED es de una generación posterior a la LCD, teniendo entre sus ventajas principales, el menor consumo de energía, solicitamos ampliar el parámetro a "Monitor color LCD o LED de al menos 21 (pulgadas), medidas diagonalmente con ángulo de visión mayor a 178° (horizontal y vertical)"	29-11-2018	16:06:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	08:59:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Medición de variación de volumen sistólico (VVS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje de forma automática. Estos valores se miden a través del gasto cardiaco, por lo cual solicitamos a la convocante considerarlo como opcional, atendiendo a que estamos hablando de una especificación de monitores, por el cual limitarían la participación de importantes marcas, y orientado a una marca en particular que no tendría competencia alguna, atentando así contra la Ley 2051/03 en la que especifica la igualdad y libre competencia.	29-11-2018	16:06:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	09:01:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.6.4 Coledoscopia ¿Podrían especificar las características técnicas del Coledoscopia solicitado?	29-11-2018	16:06:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	09:01:21

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.4.11 dice "4.000.000 o más canales digitales de procesamiento no multiplexados" Respecto de los canales de procesamiento digitales, considerando que cada casa comercial realiza el cálculo matemático para la multiplexión de forma diferente, este no sería un parámetro válido para comparar equipos de diferentes marcas. En base a esto, solicitamos aceptar un equipo con 172.000 canales de procesamiento	29-11-2018	16:06:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:01:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.6.1.8 dice "Posibilidad de soportar y exportar imágenes y clips a diferentes formatos como bmp, jpg, avi, etc" Teniendo en cuenta que los formatos de imágenes disponibles varían de acuerdo a cada fabricante, solicitamos modificar este punto a "Posibilidad de soportar y exportar imágenes y clips a diferentes formatos como bmp, jpg, avi o similar"	29-11-2018	16:07:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:01:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.6.11 a 4.6.28. ¿Podrían brindar mejores especificaciones Técnicas de lo solicitado, como diámetro y longitud?	29-11-2018	16:07:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:02:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.7.2.2 dice "Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y musculoesqueleticas con ancho de banda de 6 a 18 Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Solicitamos modificar el punto a "Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y musculoesqueleticas con ancho de banda de 6 Mhz o menor a 16 Mhz o mayor . Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo", que constituye una variación que no afectará la calidad de la imagen y permitirá la participación de equipos de un buen nivel de desempeño.	29-11-2018	16:07:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:02:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1 Iluminación de al menos 45.000Lux... ¿Se podría cotizar con iluminación de la menos 32.000 lux?	29-11-2018	16:09:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	09:02:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.4 ¿Se podría considerar este parámetro como Opcional, para permitir una mayor participación de oferentes?	29-11-2018	16:10:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:08:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5 Regulación del campo luminoso ¿Se podría cotizar con regulación de 30 a 150mm?	29-11-2018	16:11:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:08:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.7.2.2 dice "Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y musculoesqueleticas con ancho de banda de 6 a 18 Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Solicitamos modificar el punto a "Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y musculoesqueleticas con ancho de banda de 6 Mhz o menor a 16 Mhz o mayor . Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo", que constituye una variación que no afectará la calidad de la imagen y permitirá la participación de equipos de un buen nivel de desempeño.	29-11-2018	16:11:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:08:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto 2.7.2.3 dice "Transductor Convexo con un ancho de banda de 2 a 6 MHz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo" Solicitamos modificar el punto a "Transductor Convexo con un ancho de banda de 2 a 5 MHz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo", que constituye una variación que no afectará la calidad de la imagen y permitirá la participación de equipos de un buen nivel de desempeño.	29-11-2018	16:12:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:08:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.4.1 Diseño ergonómico: Panel de control regulable en altura con teclado alfanumérico para introducción de datos del paciente, Pantalla táctil de la menos 12 con al menos 3 páginas seleccionables mediante una función de deslizamiento Solicitamos a la convocante modificar el punto a permitir cotizar equipos on pantalla táctil de 10 pulgadas, sabiendo que la modificación solicitada una variación ínfima del parámetro original, que no afectará al flujo de trabajo y que está directamente relacionada al diseño del fabricante.	29-11-2018	16:13:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:09:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
55 Diámetro del campo de iluminación de 20cm como mínimo ¿Se puede cotizar de 19cm como mínimo?	29-11-2018	16:14:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	09:09:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.7.2.1 dice Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5 a 18 Mhz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo Solicitamos modificar el punto a "Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y musculoesqueleticas con ancho de banda de 6 Mhz o menor a 16 Mhz o mayor . Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo", que constituye una variación que no afectará la calidad de la imagen y permitirá la participación de equipos de un buen nivel de desempeño.	29-11-2018	16:15:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:09:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.7.2.3 dice Transductor Convexo con un ancho de banda de 2 a 6MHz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo Solicitamos modificar el punto a "Transductor Convexo con un ancho de banda de 2 a 5 MHz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo", que constituye una variación que no afectará la calidad de la imagen y permitirá la participación de equipos de un buen nivel de desempeño.	29-11-2018	16:15:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	09:19:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.2 ¿Se podría considerar este parámetro como Opcional, para permitir una mayor participación de oferentes?	29-11-2018	16:15:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:20:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.7.2.3 dice Transductor Convexo con un ancho de banda de 2 a 6MHz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo Solicitamos modificar el punto a "Transductor Convexo con un ancho de banda de 2 a 5 MHz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo", que constituye una variación que no afectará la calidad de la imagen y permitirá la participación de equipos de un buen nivel de desempeño.	29-11-2018	16:16:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:20:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.9 Ancho de la mesa: 55cm o más. ¿Se puede cotizar de 52cm o más?	29-11-2018	16:17:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:20:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.9 Ancho de la mesa: 55cm o más. ¿Se puede cotizar de 52cm o más?	29-11-2018	16:17:48

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:20:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.9 Ancho de la mesa: 55cm o más. ¿Se puede cotizar de 52cm o más?	29-11-2018	16:18:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:21:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.9 Ancho de la mesa: 55cm o más. ¿Se puede cotizar de 52cm o más?	29-11-2018	16:18:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:21:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.4.1 dice "Diseño ergonómico: Panel de control regulable en altura con teclado alfanumérico para introducción de datos del paciente, Pantalla táctil de la menos 12 con al menos 3 páginas seleccionables mediante una función de deslizamiento" Solicitamos a la convocante modificar el punto a permitir cotizar equipos con pantalla táctil de 10 pulgadas, sabiendo que la modificación solicitada es una variación ínfima del parámetro original, que no afectará al flujo de trabajo o desempeño del equipo.	29-11-2018	16:18:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:21:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN III. Suministros Requeridos - Ítem N° 70 Microscopio Quirúrgico. - Solicitamos respetuosamente al Convocante separar del Lote 2 este Ítem N° 70 Microscopio Quirúrgico y crear un nuevo Lote para el mismo.	29-11-2018	16:19:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	09:21:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.4.2 dice "Monitor color LCD de al menos 21 (pulgadas), medidas diagonalmente con ángulo de visión mayor a 178° (horizontal y vertical)" Considerando que la tecnología LED es de una generación posterior a la LCD, teniendo entre sus ventajas principales, el menor consumo de energía, solicitamos ampliar el parámetro a "Monitor color LCD o LED de al menos 21 (pulgadas), medidas diagonalmente con ángulo de visión mayor a 178° (horizontal y vertical)"	29-11-2018	16:19:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a las adendas del Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:22:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>SECCIÓN III. Suministros Requeridos – Lote 2 Ítem N° 70 Microscopio Quirúrgico. - Nos dirigimos al Convocante, a fin de solicitar tenga a bien analizar y contestar las siguientes solicitudes de modificaciones y aclaraciones. Las solicitudes de modificación y flexibilización más abajo mencionadas, están basadas en las disposiciones establecidas en la Ley 2051/03 que en su artículo 4° reza cuanto sigue: La actividad de contratación pública se regirá por los siguientes principios: a) Economía y Eficiencia: Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades SE OBLIGUEN a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el COSTO que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones RACIONALIDAD, AUSTERIDAD y disciplina presupuestaria. Como así también el inciso b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar SIN RESTRICCIÓN y en IGUALDAD DE OPORTUNIDADES en los procedimientos de contratación pública. En otras palabras, nuestra solicitud pretende flexibilizar los requerimientos técnicos, sin que ello desviara significativamente las funciones esenciales del equipo, pero con una gran ventaja económica que permitirá a la convocante un ahorro - varias veces millonario - que podría destinarse a otros rubros médicos de igual o mayor importancia y además, permitir la participación de la mayor cantidad de potenciales oferentes. Consultas: En el subitem 70.4.2 dice: "Distancia focal continuamente ajustable entre 200 y 500 mm o mayor rango". Solicitamos modificar el rango a: "Distancia focal continuamente ajustable entre 250mm (o menor) y 500 mm (o mayor). En el subitem 70.4.4 dice: "Tubo binocular extensible con angulación de 360°". Creemos que podría tratarse de un error, involuntario, en la transcripción pues consideramos que debería decir: "Tubo binocular inclinable con rotación de 240° o mayor" En el subitem 70.4.5 dice: " Oculares de campo amplio: 10X ó 12.5X". ¿Podría ofertar ocular 16X? En el subitem 70.4.6 dice: "Sistema de autofoco con guía por puntero láser". ¿Podría cotizarse "con o sin guía por puntero láser? En el subitem 70.4.8 dice: "Sistema automático de optimización de la profundidad de campo a través de un diafragma controlado electrónicamente". ¿La convocante podría permitir la oferta de microscopio con Sistema automático de optimización de la profundidad de campo a través de un diafragma controlado manual o electrónicamente"? ¿En el subitem 70.5.1 dice: ¿Iluminación coaxial diafragmable en forma continua de dos canales simultáneos? ¿La convocante podría permitir la cotización de microscopio con Iluminación coaxial diafragmable en forma continua de un canal o más"? En el subitem 70.5.3 dice: Control automático de la intensidad de luz en función de la distancia focal. Consultamos al Convocante ¿es posible cotizar con Control Manual de la intensidad de Luz? En el subitem 70.5.4 dice: Indicador del tiempo de uso restante de las lámparas. Rogamos a la convocante incorporar el siguiente término: "o indicar tiempo de uso de las lámparas? En el subitem 70.6.1 dice: Mangos de control multifuncionales programables. ¿Se podría ofertar microscopios sin estos mangos? En el subitem 70.6.2 dice: Sistema de frenos magnéticos para todos los brazos del soporte. ¿Se podría cotizar microscopios con frenos hidráulicos? Solicitamos las siguientes modificaciones en el subitem 70.6.3 dice: Movimiento en los tres ejes con velocidad variable. Vertical +/- 225° (o más). Lateral +/- 40° (o más). Anterior-Posterior +120° / -30° (o más)? Estas modificaciones mínimas no afectarán el rendimiento óptimo del equipo y permitirán la participación de un mayor número de oferentes. En el subitem 70.6.5 dice: Sistema de colocación del cobertor estéril automatizado por bomba de vacío. Solicitamos que esta exigencia sea opcional. En el subitem 70.6.6 dice: "Interruptor de manos libres para balanceo fino. Esta exigencia resulta ambigua y/o confusa. ¿Se están refiriendo al "Autobalanceo del sistema de suspensión que debe tener el brazo del microscopio, accionado mediante el mango de control multifuncional o a través de la pantalla de comando? En el subitem 70.6.7 dice: Monitor táctil de alta definición (HD) de 22 pulgadas o mayor". Solicitamos tengan a bien permitir la cotización de "19 pulgadas o mayor". En el subitem 70.6.12 dice: "Entrada de video para visualización de imágenes de diagnóstico auxiliares (endoscopias) por el cirujano y su co observador en sus binoculares. ¿La convocante podría permitir la oferta de microscopio con Entrada de video para visualización de imágenes de diagnóstico auxiliares (endoscopias) por el cirujano y su co observador en sus binoculares o en la pantalla del monitor?"</p>	<p>29-11-2018</p>	<p>16:19:44</p>
--	-------------------	-----------------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>70.4.2 El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. 70.4.4 El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. 70.4.5 El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. 70.4.6 El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. 70.4.8 El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. 70.5.1 El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. 70.5.3 El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. 70.5.4 El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. 70.6.1 El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. 70.6.2 El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. 70.6.3 El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. 70.6.5 El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. 70.6.6 Sí, se refiere al autobalanceo. 70.6.7 El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. 70.6.12 El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>	<p>26-03-2019</p>	<p>09:22:42</p>

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Lote 2 - Ítem 6 ASPIRADOR QUIRÚRGICO Donde dice: 6. 4.1 Flujo de aspiración de 50 l/min o más. Solicitamos al Convocante permita la cotización de Aspirador con: 6. 4.1 Flujo de aspiración de 45 l/min o más.-</p>	<p>29-11-2018</p>	<p>16:20:05</p>

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.</p>	<p>26-03-2019</p>	<p>09:23:02</p>

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50cm en total. ¿Se podría cotizar con desplazamiento longitudinal de 30cm?</p>	<p>29-11-2018</p>	<p>16:20:18</p>

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>	<p>26-03-2019</p>	<p>09:23:15</p>

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Lote 2 - Ítem 6 ASPIRADOR QUIRÚRGICO Donde dice: 6.4.7 Uno o dos frascos de policarbonato, transparente, autoclavable, de 5 litros o más en total, con escala de volumen.- Solicitamos al Convocante permita la cotización de Aspirador con: 6.4.7 Uno o dos frascos de policarbonato, transparente, autoclavable, de 3 litros o más en total, con escala de volumen.</p>	<p>29-11-2018</p>	<p>16:20:22</p>

RESPUESTAS		
------------	--	--

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:23:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 10.3.1 dice "Generador de alta frecuencia de al menos 40 kHz" y en el punto 10.3.2 dice "Potencia: 30 kW o más" Cada fabricante trabaja en una determinada frecuencia y potencia que guardan correspondencia entre sí. Existen equipos que con menores valores de potencia y frecuencia, cumplen con lo solicitado en este PBC en cuanto a valores de corriente para el equipo, lo que implica que son más eficientes en cuanto a consumo eléctrico. Por lo tanto, solicitamos modificar el punto a "Generador de alta frecuencia de al menos 18 kHz" y "Potencia: 20 kW o más"	29-11-2018	16:20:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	09:23:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 2 - Ítem 6 ASPIRADOR QUIRÚRGICO Donde dice: 6.5.2 Veinte juegos de filtro de aire.- Solicitamos al Convocante permita la cotización de Aspirador con: 6.5.2 Veinte filtros antibacteriano e hidrófobo.-	29-11-2018	16:20:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:23:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50cm en total. ¿Se podría cotizar con desplazamiento longitudinal de 30cm?	29-11-2018	16:20:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	09:24:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 - Ítem 4 - ELECTROCARDIOGRAFO Sub ítem 4.4.1.3 Tamaño diagonal de 8 o mas. A fin de permitir mayor participación de oferentes, sin que esto implique una sustancial disminución en la prestación del equipo, solicitamos al Convocante permitir la cotización de Electrocardiógrafos con: Sub ítem 16.4.1.3 Tamaño diagonal de 6,5 o mas.	29-11-2018	16:20:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:29:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50cm en total. ¿Se podría cotizar con desplazamiento longitudinal de 30cm?	29-11-2018	16:21:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:29:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 10.3.3 dice "Tubo de rayos X con doble punto focal y ánodo giratorio de alta rotación" La cantidad y tamaño de los puntos focales son características constructivas de cada marca, y no constituyen parámetros que de por sí garanticen la calidad de los tubos de rayos X.Por lo tanto, solicitamos modificar el parámetro a: "Al menos un foco de 1.0 o menor"	29-11-2018	16:21:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la adenda del Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:31:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 - Ítem 4 - ELECTROCARDIOGRAFO Sub ítem 4.4.2.3 Detección de por lo menos 100 tipos de arritmia. Respetuosamente pedimos la flexibilización de este requisito. Por lo que solicitamos permitir la cotización de Electrocardiógrafos con: Sub ítem 16.4.2.3 Detección de por lo menos 10 tipos de arritmia.	29-11-2018	16:21:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:31:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50cm en total. ¿Se podría cotizar con desplazamiento longitudinal de 30cm?	29-11-2018	16:21:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:37:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 - Ítem 6 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Sub Ítem 6.4.1 – Monitor Modular Solicitamos permitan la cotización de MONITORES MODULARES O PRECONFIGURADOS	29-11-2018	16:21:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:37:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 - Ítem 6 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Sub Ítem 6.4.1 – Monitor Modular Solicitamos permitan la cotización de MONITORES MODULARES O PRECONFIGURADOS	29-11-2018	16:22:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:37:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 - Ítem 6 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Sub Ítem 6.4.3 – Pantalla a colores mediante tecnología LCD. Solicitamos permitan la cotización de con Pantalla a colores mediante tecnología LCD o mejor	29-11-2018	16:22:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	09:38:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De Acuerdo a la tecnología del equipo. Cinco sensores reusables, cinco adaptadores de vías aéreas reusable, Diez trampas de agua y cualquier otro adaptador necesario para CO2. Líneas de toma de muestra para pacientes intubados. Cantidad: 25 (veinticinco) Líneas de toma de muestra para pacientes no intubados. Cantidad: 25 (veinticinco). Solicitamos a la convocante aclarar este punto ya que los modulos de capnografía con trampa de agua (sidestream) no necesitan sensores y las que tienen sensores (mainstream) no necesitan trampa de agua. El ideal sería el capnografo sidestream, el cual no necesita de sensor pero si utiliza el resto de los accesorios que menciona el pliego de base y condiciones.	29-11-2018	16:22:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que los accesorios deben incluirse si corresponden a la tecnología utilizada por el equipo.	26-03-2019	09:38:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 - Ítem 6 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Sub Ítem 6.4.2 – PANTALLA DE 15 PULGADAS COMO MINIMO Solicitamos permitan la cotización de con pantalla de 13 pulgadas como mínimo.-	29-11-2018	16:23:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:39:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 10.4.2 dice "Variación de mAs de 0,2 mAs o menor a 220 mAs o más" y en el punto 10.4.3 dice "Tiempo mínimo de exposición a 1 ms o mejor" Solicitamos modificar el parámetro a ""Variación de mAs de 0,4 mAs o menor a 220 mAs o más" y "Tiempo mínimo de exposición a 4 ms o mejor" siendo las modificaciones solicitadas variaciones insignificantes y que no afectan al buen desempeño del equipo, en relación a lo solicitado en el PBC.	29-11-2018	16:23:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	09:39:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Son correctos los accesorios solicitados en los puntos 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4?	29-11-2018	16:23:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que los accesorios son correctos.	26-03-2019	09:40:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 - Ítem 6 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Sub Ítem 6.4.12 Sistema para fijación de cada monitor: Montaje de pared original. Solicitamos la siguiente aclaración ¿pueden utilizarse soporte de fabricación nacional?	29-11-2018	16:23:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:40:29
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 10.4.4 dice "Display digital para kV/mA/mAs" Los parámetros modificables por el operador para las diferentes exposiciones son kV y mAs. La visualización del valor de corriente o (mA) no es indispensable para la correcta operación de los equipos, es por ello que solicitamos modificar el punto a "Display digital para kV/mAs"	29-11-2018	16:23:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	09:40:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 - Ítem 6 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA NEUROCIRUGIA Sub Ítem 6.6.3 Donde dice: Medición de variación de volumen sistólico (VVS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje de forma automática entendemos que estos valores se miden a través del gasto cardiaco, podrían por favor considerarlo como opcional, considerando que estamos hablando de una especificación de monitores, por el cual limitarían la participación de importantes marcas, y orientando a una marca en particular que no tendría competencia alguna.	29-11-2018	16:24:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:40:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 - Ítem 6 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA NEUROCIRUGIA 6. 5.8 Electroencefalograma 6. 5.8.1 Para monitoreo en tiempo real continuo de electroencefalograma 6. 5.8.2 Deberá contar con 4 canales de EEG con análisis de arreglo espectral comprimido (Compressed spectral array (CSA)) 6. 5.8.3 Se deberán poder seleccionar al menos 8 caracteres numéricos por canal que se deberán poder seleccionar para tendencias 6. 5.8.4 Amplitud integrada electroencefalográfica (aEEG). OPCIONAL 6. 5.8.5 Continua medición de la impedancia electrodo-piel sin interrumpir el EEG 6. 5.8.6 El filtro de rechazo de artefactos deberá ser configurable a alto-bajo 6. 5.8.7 Apto para pacientes adultos, pediátricos y neonatales para anestesia o cuidados Críticos Solicitamos declarar opcional el numeral 6.5.8 Electroencefalograma al 6.5.8.7.-	29-11-2018	16:24:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	09:41:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5 Canal de trabajo 6Fr o más ¿Se puede cotizar de 2.1mm?	29-11-2018	16:24:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que el parámetro está dentro de lo solicitado.	26-03-2019	10:15:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1. Ítem 7 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA NEUROCIRUGIA Sub Ítem 7.4.2 – Monitor Modular Solicitamos permitan la cotización de MONITORES MODULARES O PRECONFIGURADOS.	29-11-2018	16:25:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	10:16:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1. Ítem 7 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA NEUROCIRUGIA Sub Ítem 7.4.3 – Pantalla a colores mediante tecnología LCD. Solicitamos permitan la cotización de con Pantalla a colores mediante tecnología LCD o mejor.	29-11-2018	16:25:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	10:16:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.6 Diámetro de la punta distal: 14Fr. ¿Se puede cotizar de 5.3mm?	29-11-2018	16:25:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	10:16:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1. Ítem 7 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA NEUROCIRUGIA Sub Ítem 7.5.6.3 Donde dice: Medición de variación de volumen sistólico (VVS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje de forma automática entendemos que estos valores se miden a través del gasto cardiaco, podrían por favor considerarlo como opcional, considerando que estamos hablando de una especificación de monitores, por el cual limitarían la participación de importantes marcas, y orientando a una marca en particular que no tendría competencia alguna	29-11-2018	16:25:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	10:17:41

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.8, No corresponde a este tipo de equipos, favor excluir	29-11-2018	16:26:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	10:18:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1. Ítem 7 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA NEUROCIRUGIA Sub Ítem 7.4.2 – PANTALLA DE 15 PULGADAS COMO MINIMO Solicitamos permitan la cotización de con pantalla de 13 pulgadas como mínimo.-	29-11-2018	16:26:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	10:19:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1. Ítem 7 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA NEUROCIRUGIA Sub Ítem 7.4.12 Sistema para fijación de cada monitor: Montaje de pared original. Solicitamos la siguiente aclaración ¿pueden utilizarse soporte de fabricación nacional?	29-11-2018	16:26:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	10:21:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 2. Ítem 51 – ESTUFA DE ESERILIZACION Sub Ítem 51.4.5 – CAPACIDAD: HASTA 60 LITROS Solicitamos permitan la cotización de capacidad de 55 litros o mayor.-	29-11-2018	16:26:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	10:21:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5 Instrumental ¿Podrían detallar mejor cada accesorio, para cotizar el instrumental correcto solicitado?	29-11-2018	16:26:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	10:22:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se observa que el SISTEMA DE ADJUDICACIÓN previsto para esta Licitación es POR LOTE; y notamos que la composición de los LOTES contempla el requisito de provisión de Equipos de diferentes naturalezas y tecnologías que un solo o único oferente no puede dar pleno cumplimiento y cobertura. Solicitamos a la Convocante modificar esta condición al SISTEMA DE ADJUDICACIÓN POR ÍTEMS que es el mecanismo más transparente, que permitirá la participación de más oferentes. Manteniendo la Convocante el sistema de adjudicación por Lote, se considera un acto restrictivo para la Libre Competencia de potenciales oferentes que quedarán fuera de competencia por no contar con la totalidad de los bienes exigidos en el Lote. Esta situación es totalmente arbitraria a los principios básicos de la Ley 2051; y atenta gravemente contra LOS PRINCIPIOS GENERALES de la Ley 2051/03 que en su Artículo 4° inciso b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Es de fundamental importancia hacer notar que al restringir la participación de distintos oferentes, aparte de la calidad de los bienes que se pudiesen adquirir, la convocante no tendrá competencia en los precios, por lo que el Estado Paraguayo deberá pagar un precio mayor, violando de esta forma el inc. a) Economía y Eficiencia: Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Por lo tanto, fundado en las disposiciones legales que rigen las contrataciones públicas en las que se promueven la libre competencia, eficiencia y economía en favor del Estado, se sugiere modificar el sistema de adjudicación a Adjudicación POR ÍTEMS en el proceso de esta licitación.	29-11-2018	16:26:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 14 y al Sistema de adjudicación modificado en el SICP.	26-03-2019	10:22:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 2. Ítem 51 – ESTUFA DE ESTERILIZACION Sub Ítem 51.4.5 – Control automático de temperatura desde temperatura ambiente hasta 350°C Entendemos que es excesivo el control de temperatura solicitado, pues se estaría hablando de una característica de un autoclave, normalmente la temperatura de la Estufa de esterilización oscilan de 5° a 250 °. Solicitamos permitan la cotización con Control automático de temperatura desde temperatura ambiente hasta 250°C o mayor.-	29-11-2018	16:27:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	10:23:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 2. Ítem 51 – ESTUFA DE ESTERILIZACION Solicitamos aclarar a la convocante aclarar lo siguiente: la estufa debe de contar con sistema de aireación forzada, esta función realiza una mejor distribución de calentamiento de la cámara y pronta esterilización.-	29-11-2018	16:27:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se podrá ofertar con sistema de aireación forzada pero no es excluyente.	26-03-2019	10:26:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 2. Ítem 93 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 93.4.3 - Corte puro de 300 Watts o mayor. Solicitamos permitan la cotización de Corte puro de 200 Watts o mayor.	29-11-2018	16:27:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	10:26:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 2. Ítem 93 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 93.4.4 - Coagulación monopolar de 120 W o mayor. Solicitamos permitan la cotización de Coagulación monopolar de 80 W o mayor.	29-11-2018	16:27:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	10:27:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 2. Ítem 93 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 93.5.1 – Carro original para transporte del equipo ¿es posible cotizar carro de fabricación nacional?	29-11-2018	16:28:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	10:27:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 2. Ítem 93 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 93.5.2 Pedal monopolar para corte y coagulación; y Sub Ítem 93.5.3 Pedal bipolar. ¿Se puede cotizar un sólo pedal, que cumpla con ambas funciones ya sea monopolar y/o bipolar, dependiendo esto del modo en que esté siendo utilizado la unidad electroquirúrgica?	29-11-2018	16:28:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	10:28:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se observa en el Pliego de Bases y Condiciones en la página 92 - Punto 2. Plan de Entregas dice: La Entrega por ítem debe efectuarse dentro del plazo especificado en la planilla Distribución de los Equipos, contado a partir de la firma del contrato. Solicitamos a la convocante que el plazo de entrega sea a partir del pago del anticipo previsto considerando lo que se establece en el Art. 36 de la Ley 2051/03 que se transcribe: ...El atraso de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) en la formalización de los contratos respectivos, o en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.	29-11-2018	16:28:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	10:28:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 2. Ítem 93 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 93.5.4 - Pinza bipolar recta de control de pedal, con cable. Cantidad: 25 (veinticinco) unidades o más. Solicitamos la reducción de la cantidad debido a que estos insumos son reutilizables, a una cantidad de 10 o mas.	29-11-2018	16:28:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	10:30:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.2 Angulación total de la punta 180° hacia arriba o más, 170° hacia abajo o más ¿Se puede cotizar con 140° hacia abajo o más?	29-11-2018	16:28:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	10:40:41
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 2. Ítem 93 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA Sub Ítem 93.5.5 - Pinza bipolar con bayoneta de control de pedal, con cable. Cantidad: 25 (veinticinco) unidades o más. Solicitamos la reducción de la cantidad debido a que estos insumos son reutilizables, a una cantidad de 10 o mas.	29-11-2018	16:28:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	10:42:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se observa en la Sección III en la Planilla de Distribución de los Equipos que el Plazo de entrega determinado para los Equipos específicos según ítems 1- Arco en C, 2- Ecógrafo Modular Multipropósito ,3- Ecógrafo Modular para Urología , y 10 Equipo de Rayos X Móvil, con la debida instalación y capacitación de usos al personal designado es de un total de 70 (setenta) días; y atendiendo a que los bienes son importados, dependen de diversos factores prestables como: a) Fabricación, b) Permisos administrativos en el país de origen, c) Trámites aduaneros de exportación, d) Flete internacional, etc. Solicitamos a la Convocante mínimamente pueda otorgar un plazo de entrega de 120 (ciento veinte) días.	29-11-2018	16:29:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	10:42:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El sistema de adjudicación por LOTE, en este caso, resultaría en una limitante para varios potenciales oferentes debido a la gran variedad de equipamiento Biomédico solicitado en el mismo. Por tal motivo rogamos pongan a consideración la eventual adjudicación por ÍTEMS para dar participación a un mayor número de oferentes.	29-11-2018	16:29:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 14 y al Sistema de adjudicación modificado en el SICP.	26-03-2019	10:43:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5 Instrumental. ¿Podrían brindar mejores especificaciones técnicas de los instrumentos solicitados?	29-11-2018	16:29:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	10:43:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Un punto fundamental a tener en cuenta en este llamado, en las exigencias de documentaciones y habilitaciones, es la vigencia de la Ley 5169/2014 por la cual se crea la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear, a la vista de esta normativa se regula la actividad de comercialización y asistencia técnica a equipos que emiten radiación ionizante (Rayos X), por lo tanto se solicita por favor que sean exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones los siguientes recaudos en la Sección VII Anexos, Documentos que componen la Oferta. Inciso "H" Cualquier otro documento adicional requerido, Sugerimos que la Convocante solicite a los potenciales oferentes la presentación de: - Autorización de Importación / Exportación de emitido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear conforme exigencia de cumplimiento de la Ley 5169/14 y la Resolución -D-ARRN N° 26/16 que aprueba el Reglamento Básico de Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación Ionizante. - A los efectos de garantizar el servicio post-venta durante el periodo de garantía de los bienes a ser proveídos; sea solicitada la Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos según la Categoría que corresponda establecida en la Resolución -D-ARRN N° 26/16 que aprueba el Reglamento Básico de Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación Ionizante. - Que el plantel técnico encargado para los servicios de asistencia técnica durante el periodo de Garantía cuente con la Autorización Individual para Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE).	29-11-2018	16:30:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	10:44:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.3.1 y 4.3.2 Solicitan incluir lámparas de repuesto 2 y 3. No tiene sentido solicitar fuentes de luz LED y lámparas de repuesto, considerando que las fuentes de luz LED tienen una vida útil mayor a 25.000hs. Solicitamos excluir estos requisitos..	29-11-2018	16:30:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	10:44:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos a la Convocante solicitar a los potenciales Oferentes el cumplimiento de Autorización de Apertura y Funcionamiento de la empresa como Importadora, Distribuidora y Servicio Técnico de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria conforme exigencia de la Reglamentación vigente Código Sanitario Ley 836/80, Ley N° 1119/97 De productos para la Salud, Ley 4659/12, Resolución-SG.- N°-669.16	29-11-2018	16:31:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	10:45:18

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5.5 Grabador / reproductor de DVD con cables de conexión y al menos 100 (cien) discos DVD ¿Se podría cotizar como opción un sistema de gestión de Datos que permita la grabación de imágenes y videos con al menos 2 puertos USB?	29-11-2018	16:32:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se podrá ofertar pero si es una característica adicional.	26-03-2019	10:46:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las CGC 14.1; 14.2 y 14.3 donde menciona: b) EL OCHENTA POR CIENTO (80%) fraccionados en 60 (sesenta) meses del Precio del Contrato que podrá ser solicitado cuando el Contratista cuente con el Acta de Recepción Definitiva de los Bienes que el Administrador del Contrato emitirá conforme a los plazos establecidos en la Sección III. En caso de que las entregas excedan los plazos fijados en el Plan de Entregas, para el Cómputo de las deducciones que correspondan en casos de atraso, se tomarán en cuenta las fechas límites de entrega en el mencionado Plan.- El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación. Documentos exigidos para el pago: 1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al Anexo III: 2. Copia de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato 3. Factura Crédito. 4. Certificado de Cumplimiento Tributario. 5. Acta de recepción final, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibió los bienes y/o servicios con el V° B° del administrador del Contrato. 6 Solicitamos reconsiderar el plazo de pago del ochenta por ciento en sesenta meses. El plazo establecido en el Pliego para el pago del saldo es extremadamente largo considerando la naturaleza y el uso de los bienes que se están licitando. Así también, el elevado costo financiero que esto supondría para la CONVOCANTE, lo cual va en detrimento del Artículo 4 Inciso a) de la Ley 2051/03 que establece lo siguiente: Economía y Eficiencia: Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Teniendo en cuenta el plazo del financiamiento solicitado observamos que los precios referenciales establecidos en el PBC fueron calculados sin tener en cuenta esta condición. Sugerimos que los pagos sean realizados de forma directa o vía cesión de deudas a bancos de plaza en un plazo no mayor a veinticuatro meses.	29-11-2018	16:32:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	10:46:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la CGC 13 donde menciona: El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados para los bienes, IMPORTADOS estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando la variación del Tipo de cambio referencial del dólar (BCP) haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio adjudicado a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $P = (P^o \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (P^o \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ Donde: P: Precio Reajustado de la Oferta P°: Precio original de la oferta, con deducción del anticipo. Coe: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente a la de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva Cao: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente a la de la fecha del día anterior al de la apertura de las ofertas. Soe: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva Sao: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Apertura de las Ofertas. No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste. La cláusula CGC 13 está mal formulada, prestándose esto a confusión de los oferentes: Se observa una contradicción en el texto establecido en la página 98 del PBC. Se expresa primeramente que el reajuste será aplicado siempre y cuando: "NO SE RECONOCERÁN REAJUSTE DE PRECIOS SI EL SUMINISTRO SE ENCUENTRA ATRASADO RESPECTO AL PLAN DE ENTREGAS ESTIPULADO", y por el CONTRARIO en el siguiente párrafo expresan: "Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre LOS BIENES NO ENTREGADOS y/o SERVICIOS AUN NO EJECUTADOS; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes que fueron entregados antes de la verificación del reajuste. Aún cuando la fórmula de reajuste establece como documento necesario para el cálculo el Acta de Recepción Definitiva; siendo este un documento que es emitido una vez que la CONVOCANTE certifica la entrega de los bienes. Por lo tanto se solicita se corrija esta confusión, quedando redactado que: ...La aplicación de reajuste de precios debe efectuarse una vez que los bienes/servicios hayan sido proveídos.	29-11-2018	16:33:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	10:46:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita que el equipo pueda aceptar transductores matriciales de 2000 elementos, pero no solicitan la provisión de dichos transductores. Este requerimiento innecesario limitará el numero de oferentes, no habiendo así una competencia justa. Consultamos si será posible cotizar equipos que acepten transductores matriciales de al menos 500 elementos.	29-11-2018	16:33:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	10:46:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita que el equipo pueda aceptar transductores matriciales de 2000 elementos, pero no solicitan la provisión de dichos transductores. Este requerimiento innecesario limitará el número de oferentes, no habiendo así una competencia justa. Consultamos si será posible cotizar equipos que acepten transductores matriciales de al menos 500 elementos.	29-11-2018	16:34:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	10:47:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante unificar los criterios en cuanto al plazo de GARANTÍA para los bienes solicitados debido a que en algunos equipos mencionan 1 (año) a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva. Como por Ejemplo: Lote N.º 1. Item Equipo de Rayos X Arco en C – Portátil (Pág. N.º 10) 4.7.5 Garantía del Equipo: 01 (un) año a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva.	29-11-2018	16:34:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N.º 14.	26-03-2019	10:47:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Podrían especificar mejor lo solicitado en el Set de Resectoscopio?. Solicitan un Conjunto Bipolar, no obstante no se observa el Electrobisturí acorde para este instrumental	29-11-2018	16:34:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	10:51:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto N.º 3 Inspecciones y Pruebas, donde se menciona: La empresa deberá entregar los bienes para su inspección y prueba en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas (Fernando de la Mora) por un periodo de quince (15) días a fin de verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. Y donde luego se determina el plazo para la Elaboración de Acta Provisoria: Cuando se verifique que los bienes se ajustan a lo solicitado en cuanto a marca, modelo, cantidad y accesorios y se comprueben los puntos de las EETT que pueden ser verificados antes de ser instalados los equipos, se procederá a la elaboración de un Acta de Recepción Provisoria por ítem en un plazo máximo de quince (15) días hábiles a partir de la recepción (fecha de nota de remisión). Solicitamos que se pueda establecer un único plazo tanto para el período de inspección y prueba en el Hospital, como así la emisión del Acta Provisoria, considerando que el resultado de la inspección y prueba HABILITA a la emisión del Acta Provisoria. Solicitamos el plazo sea modificado y unificado en 05 (CINCO) Días Hábiles desde la entrega del bien según Nota de Remisión, considerando dicho plazo totalmente suficiente para realizar los controles pertinentes en cuanto a las especificaciones del Equipo y realizar las pruebas de funcionamiento correspondiente.	29-11-2018	16:35:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N.º 14.	26-03-2019	10:51:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto N.º 3 Inspecciones y Pruebas, donde se menciona: La contratante, a través del administrador de contrato podrá realizar la redistribución de los equipos adquiridos y modificación de los plazos de ser necesario, sin que esto implique un costo extra para la convocante. Solicitamos la exclusión de la condición mencionada, en vista y considerando que cualquier trabajo de redistribución implican COSTOS ADICIONALES que no son objeto original del llamado.	29-11-2018	16:36:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N.º 14.	26-03-2019	10:58:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.2 Cabezal de cámara. Solicitamos que estas características sean opcionales, considerando que no son necesarios para este tipo de equipos.	29-11-2018	16:36:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N.º 14.	26-03-2019	10:57:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 88: SISTEMA DE NEUROMONITOREO INTRAOPERATORIO En el numeral 88.5.4 Sensor de oxímetro de pulso.- En la descripción de las Especificaciones Técnicas, no se solicita módulo de Oximetría de Pulso, por lo que no corresponde pedir el Sensor de oxímetro de pulso. Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante eliminar este numeral 5.4 Sensor de oxímetro de pulso.	29-11-2018	16:36:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N.º 14.	26-03-2019	10:59:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

4.3.5 Solicitamos que esta características sean opcionales, considerando que no son necesarios para este tipo de equipos.	29-11-2018	16:37:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	10:59:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.3.1 y 4.3.2 Solicitan incluir lámparas de repuesto 2 y 3. No tiene sentido solicitar fuentes de luz LED y lámparas de repuesto, considerando que las fuentes de luz LED tienen una vida útil mayor a 25.000hs. Solicitamos excluir estos requisitos..	29-11-2018	16:37:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	11:00:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.7.8 Tubo de inserción con diámetro exterior entre 11 y 12.8mm ¿Se puede cotizar entre 11 y 13mm?	29-11-2018	16:38:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	11:00:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto N.º 3 Inspecciones y Pruebas, donde se menciona: Una vez se cumplan con los requisitos, la empresa deberá entregar los documentos solicitados en los requisitos de elaboración del Acta de Recepción Definitiva por nota al Departamento de Electromedicina. El mismo, elaborará el Acta de Recepción Definitiva, en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles a partir de la entrega de los requisitos solicitados, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada y a partir de esa fecha se ejecutará la garantía del bien. Solicitamos la modificación del plazo para la elaboración del Acta de Recepción Definitiva a 05 (Cinco) días hábiles, considerando un período óptimo para la verificación de todos los documentos presentados y requeridos por la Convocante.	29-11-2018	16:38:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	11:08:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.7.12 Longitud útil de inserción: 1680mm o mayor. ¿Se puede cotizar de 1400mm o mayor?	29-11-2018	16:39:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:09:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos aclarar la forma de facturación del saldo del 80% mencionado en las condiciones de pago debido a que no es clara la redacción. Conforme lo que establece la Ley 125/91 y sus modificaciones y para cuyo efecto transcribimos a la presente: Ley 125/91 con redacción de la Ley 2421/04 Artículo 80: Nacimiento De La Obligación: La configuración del hecho imponible se produce con la entrega del bien, emisión de la factura, o acto equivalente, el que fuera anterior. Nueva redacción dada por el Artículo 1º del Decreto N° 10.797/13 Art. 14.- Oportunidad en la que se debe expedir Comprobantes de Ventas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 80 de la Ley N° 125/91, se deberá expedir Comprobante de Venta en las siguientes oportunidades, en el orden de su ocurrencia: 1) En el momento que se entregue el bien o se concluya la prestación del servicio, por el monto total de la operación o por su saldo si hubieran existido pagos parciales previos.	29-11-2018	16:40:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	11:09:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
10.9 Se podría cotizar de longitud útil de 30cm (+/-cm)	29-11-2018	16:41:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	11:10:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1.10 Velocidad de obturador: 1/100 a 1/50.000 o mayor rango ¿Se puede cotizar con velocidad de obturador automático?.	29-11-2018	16:43:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	11:13:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

6.5 Grabador / reproductor de DVD con cables de conexión y al menos 100 (cien) discos DVD ¿Se podría cotizar como opción un sistema de gestión de Datos que permita la grabación de imágenes y videos con al menos 2 puertos USB?.	29-11-2018	16:44:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se puede cotizar un grabador de DVD de grado médico si los puertos USB son características adicionales a lo solicitado	26-03-2019	11:13:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Conectividad a la red de monitoreo. (conexión con o sin cables). Deberá además contar con la opción de conectarse a futuro con la central de monitoreo y redes intrahospitalarias a través de una computadora incorporada al monitor que permita al usuario acceder al PACS, HIS, RIS, etc. pudiendo consultar en la pantalla del monitor estudios tomográficos, radiológicos, laboratoriales, etc. así como datos estadísticos/administrativos, etc. Solicitamos a la convocante modificar este punto ya que la visualización de los estudios, datos estadísticos y administrativos desde el monitor esta dirigido a una empresa en específico, se pueden acceder a estos datos desde una computadora directamente.	29-11-2018	16:45:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	11:14:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.6 Unidad electroquirúrgica ¿Podrían especificar las características técnicas del equipo solicitado?.	29-11-2018	16:46:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	11:15:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Podrían brindar mejores especificaciones técnicas de lo solicitado en los puntos 4.5 al 4.13, para ofertar los instrumentos correctos?	29-11-2018	16:47:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:15:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos ampliar el plan de Entregas a por lo menos 90 días, a partir del Cobro del Anticipo, considerando el fin que se pretende dar al Anticipo Financiero.	29-11-2018	16:49:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	11:15:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16: BIPEDESTADOR Sub Ítem 16.3.7. - Para pacientes con altura entre 150 y 195 cm. Considerando que el Bipedestador es pediátrico solicitamos a la convocante la cotización de: "Para pacientes con altura entre 125 y 155 cm"	29-11-2018	17:42:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	11:17:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 16: BIPEDESTADOR Sub Ítem 16.3.8. - Capacidad: 140 kg. Considerando que el Bipedestador es pediátrico solicitamos a la convocante la cotización de: "Capacidad: 80 kg."	29-11-2018	17:42:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	11:17:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.2.2 donde dice Control por Volumen y Control por Presión, ambos con modo controlado y modo SIMV + PSV, entendemos que hubo un error de tipeo en la descripción del ítem pues en la industria no se encuentra equipos comerciales con la modalidad señalada como SIMV + PSV o solo una marca cumpliría con esa especificación. Por tal motivo solicitamos amablemente a la convocante corrija el ítem de la siguiente manera Control por Volumen y Control por Presión, ambos con modo controlado, modo SIMV y PSV.	29-11-2018	19:05:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:18:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 5.9 donde dice Medición de FIO2 en línea (0 a 99% de O2 inspirado), volumen corriente inspirado/exhalado, presión de las vías respiratorias. Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con un rango de medición de 20% o menor a 99% o mayor, y de esta manera dar mayor participación de oferentes.	29-11-2018	19:06:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:18:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Los equipos que son utilizados dentro de salas de resonancia magnética deben estar certificados por el fabricante de hasta que intensidad de campo magnético puede ser utilizado el equipo. En este caso, dentro de las especificaciones técnicas de la máquina de anestesia para resonancia magnética no especifica hasta que intensidad de campo puede ser utilizado. Esto es importante ya que determina la usabilidad del equipo en sitio, por esto recomendamos a la convocante agregue esta solicitud de la siguiente manera Con capacidad de ser utilizado en salas con Equipos de Resonancia Magnética de 1.5 y 3 teslas, pudiendo ser colocado el equipo en la línea de 1000 Gauss	29-11-2018	19:07:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara al oferente que el equipo solicitado es para ser utilizado con equipos de 1,5 T.	26-03-2019	11:19:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección VII – Anexos, Documentos que componen la oferta, en el punto F) Cualquier otro documento adicional requerido donde dice Soporte técnico capacitado, demostrable mediante certificados del fabricante de los equipos ofertados, legalizados por consulado del país de origen solicitamos amablemente a la convocante permita que permita la presentación de certificaciones de capacitación sin las legalizaciones solicitadas, ya que en la generalidad de los casos el personal técnico que va a fabrica para su capacitación, al final del curso es el mismo quien retira dichos certificados otorgados por el fabricante los cuales no constan de legalizaciones, y tampoco es posible legalizarlos localmente. En todo caso se podría solicitar una DDJJ al fabricante donde conste que la empresa cuenta con personal certificado para dar soporte técnico a la marca. Solo solicitamos considerar lo de la no legalización de los certificados.	29-11-2018	19:13:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	11:19:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 150 DÍAS O QUE LA MISMA QUEDE ESTABLECIDA EN 90 DÍAS A PARTIR DEL COBRO DEL ANTICIPO. LAS CANTIDADES SON IMPORTANTES Y LAS ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO INDICAN QUE LAS MISMAS DEBERAN SER FABRICADAS DE MANERA PARTICULAR AL LLAMADO, POR LO QUE SE HACE IMPOSIBLE CONTAR CON STOCK. POR LO QUE SOLICITAMOS LA AMPLIACION DE ESTOS PLAZOS.	29-11-2018	19:15:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	11:19:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.3: De manera a dar participación a un mayor número de oferentes, se aceptarán equipos con pantalla de tamaño diagonal de 6 o más?	29-11-2018	19:17:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	11:21:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.2.3 Detección de por lo menos 100 tipos de arritmias: Podríamos cotizar equipos que cuenten con más de 100 interpretaciones? Al ser un equipo de diagnóstico y no de monitoreo continuo, el electrocardiógrafo con capacidad interpretativa directamente podría establecer un prediagnóstico.	29-11-2018	19:18:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	11:21:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.4.3 Se podrán ofertar equipos con velocidad de impresión de 25 mm/s y 50 mm/s?	29-11-2018	19:18:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:21:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.4.1 Impresora Térmica y con posibilidad de conexión plug and play mediante puerto USB con impresoras a chorro de tinta y láser, por favor considerar la conexión plug and play mediante puerto USB con impresoras a chorro de tinta y láser como OPCIONAL.	29-11-2018	19:19:05

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:22:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente revisar las especificaciones técnicas de los ítem 6 – Monitor multiparamétrico e ítem 7 – Monitor multiparamétrico para neurocirugía, ya que aparentemente hay un cruce importante puesto que en las especificaciones técnicas se del ítem 6 se solicita módulo de electroencefalografía y no se solicita el mismo en el ítem 7.	29-11-2018	19:20:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:23:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos se revise el Precio unitario estimado debido a las altas prestaciones que están solicitando en este ítem, inclusive si las especificaciones técnicas son intercambiadas por las especificaciones del ítem 7.	29-11-2018	19:21:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a la planilla de precios modificada en el SICP.	27-03-2019	14:49:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por la presente solicitamos si este ítem podría ser considerado como parte del Lote 1, puesto que los equipos solicitados en el Lote 2 en su mayoría corresponden a equipos de laboratorio.	29-11-2018	19:21:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	11:24:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Equipos Biomédicos a Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta. Solicitamos: Ante la cantidad de equipos solicitados y la complejidad del llamado, disminuir el margen de copias de Contratos y/o Facturas al 30% (treinta por ciento) del valor de la oferta	29-11-2018	19:32:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	11:29:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 5 - TORRE DE ARTROSCOPIA Se solicita un procesador sistema de imágenes en resolución SD con sistema scolar NTSC y PAL. sin embargo el cabezal de cámara solicitado es De 3 Chip HD CCD 16:9 de 1/3", 1920 x 1080 píxel por chip o mayor resolución, lente interna con zoom óptico parfocal. Por lo expuesto manifestamos que no hay compatibilidad entre lo solicitado y pedimos respetuosamente que las características técnicas de Unidad de procesamiento de imágenes endoscópicas sean reconsideradas y modificadas, actualizando las especificaciones a equipos de las características técnicas acordes al cabezal de cámara solicitado	29-11-2018	19:44:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	11:27:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Item 5 - TORRE DE ARTROSCOPIA - Especificaciones. 4.3 Fuente de Luz. 4.3.1 Luz fría con tecnología LED. Deberá proveer 2 unidades de lámparas de repuesto. Solicitamos amablemente permitiendo ofertar, 4.3 Fuente de Luz. 4.3.1 Luz fría con tecnología LED o Xenón. Deberá proveer 2 unidades de lámparas de repuesto.	29-11-2018	19:47:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:32:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 5 Torre de artroscopia. 4.3 Fuente de Luz Led. Temperatura de color de 6000 K o más. Incluir 3 (tres) lámparas adicionales de repuesto por cada equipo. Solicitamos considerar la temperatura color de 6000K como un ítem opcional	29-11-2018	20:01:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:33:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

ITEM 5 Fuente de Luz Led. Solicitamos aclarar cuantas son las lámparas de repuesto solicitados, porque se menciona 2 unidades por equipo y también 3 unidades por equipo	29-11-2018	20:03:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:35:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: ITEM 5 - TORRE DE ARTROSCOPIA - 4.3 FUENTE DE LUZ LED. 4.3.5 Cable de luz de fibra óptica, diámetro mayor a 3mm, longitud entre: 250 y 350cm. Cantidad: 2 (dos) por cada equipo. Solicitamos poder ofertar Cable de luz de fibra óptica, diámetro mayor a 2.7 mm, longitud entre: 250 y 350 cm. Cantidad: 2 (dos) por cada equipo.	29-11-2018	20:06:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:36:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 5 Torre de Artroscopia. 4.5 Equipo de fresado para artroscopía con motor (SHAVER) Dice: Velocidad de funcionamiento hasta 15.000 rpm o más. Solicitamos ofertar con Velocidad de funcionamiento hasta 8.000 rpm o más. (no conocemos Shaver con velocidad de 15.000 rpm o más)	29-11-2018	20:09:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:46:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
"DONDE DICE" ITEM 5 - TORRE DE ARTROSCOPIA - 5.1 SET DE ARTROSCOPIA. 5.1.181 (una) Optica de 30° con shaver para pequeñas articulaciones. Solicitamos que esto sea un ITEM opcional	29-11-2018	20:13:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:46:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 5 - TORRE DE ARTROSCOPIA: Solicitamos a la convocante considerar un ajuste del precio referencial, aumentando el mismo en al menos 40% ya que por la magnitud de lo solicitado el precio referencial está fuera del rango de precio de mercado	29-11-2018	20:18:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:47:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: ITEM 40 - ENDOSCOPIO RIGIDO. 4.1 UNIDAD DE CONTROL DE CAMARA 4.1.10 Velocidad del obturador: 1/100 a 1/50.000 o mayor rango. Solicitamos poder ofertar con Velocidad del obturador: 1/100 a 1/50.000 o mayor rango. o bien obturador automático	29-11-2018	20:23:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:48:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE - ITEM 40 - ENDOSCOPIO RÍGIDO - 4.1 UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA - 4.1.11 ZOOM ELECTRÓNICO SOLICITAMOS OFERTAR CON ZOOM ÓPTICO O ELECTRÓNICO	29-11-2018	20:25:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:49:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE - ITEM 40 - ENDOSCOPIO RÍGIDO - 4.1 UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA - 4.1.9 Corrección de sombras. Solicitamos poder ofertar con las siguientes características Corrección de sombras o libre de sombras	29-11-2018	20:28:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:51:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE - ITEM 40 - ENDOSCOPIO RÍGIDO - 4.1 UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA - ¿DEBE TENER O SER COMPATIBLE CON ALGÚN TIPO ESPECIAL DE FILTROS ÓPTICOS?	29-11-2018	20:30:31
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:52:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE - ITEM 40 - ENDOSCOPIO RÍGIDO - 4.1 UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA - 4.5 CARRO PARA TRANSPORTE - 4.5.5 Grabador/reproductor de DVD con cables de conexión y al menos 100 (cien) discos DVD. Solicitamos aclarar las características mínimas del grabador y si el mismo debe ser de grado medico	29-11-2018	20:33:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:54:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE - ITEM 40 - ENDOSCOPIO RÍGIDO - 4.1 UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA - 4.5 CARRO PARA TRANSPORTE - 4.5.6 Unidad electroquirúrgica. Solicitamos aclarar las características mínimas de la unidad electroquirúrgica solicitada	29-11-2018	20:34:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:54:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE - ITEM 40 ENDOSCOPIO RIGIDO- 4.6 SET PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA - 4.6.4 Coledoscopia Solicitamos aclarar las características de lo solicitado o bien que sea una característica opcional	29-11-2018	20:38:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:57:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE - ITEM 40 ENDOSCOPIO RIGIDO- 4.6 SET PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA - 4.6.18 Tijera de gancho, giratoria, sin bloqueo, tamaño 5mm aprox., longitud 36 cm aprox. Solicitamos poder ofertar Tijera de gancho, giratoria, sin bloqueo, tamaño 5mm aprox., longitud de 33 a 36 cm aprox.	29-11-2018	20:40:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	11:57:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocarte realizar una actualización del precio referencial de lo solicitado, ya que la complejidad de lo solicitado supera en un margen aproximado del 1500% al que figura como referencia	29-11-2018	20:44:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a la planilla de precios modificada en el SICP.	26-03-2019	11:58:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: ITEM 46: EQUIPO SELLADOR DE VASOS - 5 GENERADOR - 5.4 FRECUENCIA DEL EQUIPO MAYOR A 400 KHZ Solicitamos poder ofertar con Frecuencia del equipo igual a mayor a 350 Khz	29-11-2018	20:49:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:00:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: ITEM 46: EQUIPO SELLADOR DE VASOS - 5 GENERADOR 5.5 Modo Bipolar coagulación ó Bipolar estándar: 65 W ó mayor Solicitamos mejorar esta característica a 30 Watts o mejor	29-11-2018	20:52:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:00:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: ITEM 46: EQUIPO SELLADOR DE VASOS - 5 GENERADOR Solicitamos aclarar ¿Cuántas salidas monopolar debe tener el equipo?	29-11-2018	20:53:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El equipo deberá contar con al menos 2 salidas monopolares.	26-03-2019	12:01:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

DONDE DICE: ITEM 46: EQUIPO SELLADOR DE VASOS - 5 GENERADOR Solicitamos aclarar ¿Cuántos espacios de memoria o para configuraciones debe tener el equipo?	29-11-2018	20:54:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El equipo deberá contar con al menos 320 espacios para memoria o configuraciones.	26-03-2019	12:02:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: ITEM 46: EQUIPO SELLADOR DE VASOS - 5 GENERADOR ¿Solicitamos aclarar, el equipo debe tener pedales?	29-11-2018	20:55:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El equipo deberá contar con 2 pedales.	26-03-2019	12:07:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: ITEM 46: EQUIPO SELLADOR DE VASOS - 6 PINZAS PARA LAPAROSCOPIA ACLARAR ¿DEBEN SER DESCARTABLES O REUTILIZABLES?	29-11-2018	20:58:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que las pinzas para sellado de vasos para uso en laparoscopia pueden ser descartables o reutilizables, dependiendo de la validez de cada fabricante.	26-03-2019	12:08:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: ITEM 46: EQUIPO SELLADOR DE VASOS - 6 PINZAS PARA LAPAROSCOPIA - 6.1 Proveer pinzas bipolares de 3 mm o más a 5 mm o menos para un mínimo de 600 cirugías. Solicitamos aclarar ¿son pinzas bipolares o son pinzas para sellado de vasos?	29-11-2018	21:00:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que son pinzas para sellado de vasos y corte.	26-03-2019	12:10:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: ITEM 46: EQUIPO SELLADOR DE VASOS - 6 PINZAS PARA LAPAROSCOPIA - 6.1 Proveer pinzas bipolares de 3 mm o más a 5 mm o menos para un mínimo de 600 cirugías. SOLICITAMOS que sea mediante una validación del fabricante la vida útil de las pinzas, así que si son para un mínimo de 600 cirugías y se oferta con pinzas desechables la oferta debe ser con 600 pinzas y si son reutilizables mediante la validación que le da el fabricante de vida útil a cada pinza	29-11-2018	21:03:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que la vida útil de cada pinza para sellado de vasos será validada por cada fabricante en caso de que sean instrumentos reutilizables, sin son instrumentos desechables se deberá ofertar 400 unidades por equipo, se debe garantizar un mínimo de 400 cirugías por cada equipo ofertado.	26-03-2019	12:10:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: ITEM 46: EQUIPO SELLADOR DE VASOS - 6 PINZAS PARA LAPAROSCOPIA - 6.5 Angulación recta de la mandíbula. Solicitamos poder ofertar con angulación curva o recta de la mandíbula	29-11-2018	21:04:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:11:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: ITEM 46: EQUIPO SELLADOR DE VASOS - 6 PINZAS PARA LAPAROSCOPIA - 6.6 Proveer pinzas bipolares de 8 mm o más a 10 mm o menos para un mínimo de 1200 cirugías. Solicitamos aclarar si las pinzas deben ser desechables o de un solo uso o si se depende del fabricante	29-11-2018	21:06:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que la vida útil de cada pinza para sellado de vasos de 8 a 10 mm será validada por cada fabricante en caso de que sean instrumentos reutilizables, sin son instrumentos desechables se deberá ofertar 400 unidades por equipo, se debe garantizar un mínimo de 200 cirugías por cada equipo ofertado.	26-03-2019	12:11:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: ITEM 46: EQUIPO SELLADOR DE VASOS - 6 PINZAS PARA LAPAROSCOPIA - 6.6 Proveer pinzas bipolares de 8 mm o más a 10 mm o menos para un mínimo de 1200 cirugías. Solicitamos que se pueda corroborar mediante una validación del fabricante la vida útil de las pinzas, si el mismo es desechable, la oferta debes ser con 1.200 pinzas y si es reutilizable según la cantidad validada por el fabricante	29-11-2018	21:09:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que la vida útil de cada pinza para sellado de vasos de 8 a 10 mm será validada por cada fabricante en caso de que sean instrumentos reutilizables, sin son instrumentos desechables se deberá ofertar 400 unidades por equipo, se debe garantizar un mínimo de 200 cirugías por cada equipo ofertado.	26-03-2019	12:12:14

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: ITEM 46: EQUIPO SELLADOR DE VASOS - 6 PINZAS PARA LAPAROSCOPIA - 6.8 Longitud del eje mayor o igual a 35 cm y menor o igual a 40 cm. Solicitamos poder ofertar con Longitud del eje mayor o igual a 33 cm y menor o igual a 40 cm.	29-11-2018	21:10:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:12:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 46 EQUIPO SELLADOR DE VASOS - 6 PINZAS PARA LAPAROSCOPIA - 6.10 Angulación de la mandíbula Solicitamos poder ofertar con Mandibula Recta o curva	29-11-2018	21:12:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:12:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 46 EQUIPO SELLADOR DE VASOS - 7 Pinzas para cirugía abierta Solicitamos aclarar si son pinzas bipolares o son pinzas para sellado de vasos	29-11-2018	21:14:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que son pinzas para sellado de vasos.	26-03-2019	12:13:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 46 EQUIPO SELLADOR DE VASOS - 7 Pinzas para cirugía abierta. 7.1 Proveer al menos 30 pinzas bipolares descartables. Solicitamos poder ofertar Proveer al menos 30 pinzas bipolares descartables. o 2 pinzas bipolares reutilizables	29-11-2018	21:15:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:14:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 46 EQUIPO SELLADOR DE VASOS - 7 PINZA PARA CIRUGIA ABIERTA - 7.4 Angulación recta de la mandíbula. Solicitamos poder ofertar con Angulación recta o curva de la mandíbula.	29-11-2018	21:17:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:15:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 55 LAMPARA SCIALITICA PORTATIL - 55 LAMPARAS - Tiempo de vida útil de 30.000 horas Solicitamos que la vida mínima útil de la lampara sea de 50.000 Horas	29-11-2018	21:21:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	12:15:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 55 LAMPARA SCIALITICA PORTATIL - 55 LAMPARAS - Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 93 % como mínimo. Solicitamos que el Índice de Rendimiento Cromático (CRI) sea de 95% como mínimo.	29-11-2018	21:22:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	12:16:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 55 LAMPARA SCIALITICA PORTATIL - 55 LAMPARAS - Intensidad luminosa homogénea de 100.000 a 160.000 luxes a 1 m de distancia de la fuente. Solicitamos si el rango que se puede ofertar es entre 100.000 y 160.000 luxes o si debe ser posible ajustar entre 100.000 y 160.000 luxes	29-11-2018	21:24:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	12:16:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 55 LAMPARA SCIALITICA PORTATIL - 55 LAMPARAS - Batería interna con indicador de la carga y autonomía, con carga de 100% en por lo menos 3 horas. Solicitamos aclarar cuál debe ser la autonomía mínima de las baterías con 100% de carga , además si debes ser de una o doble batería y cual debe ser el sistema de cargador de las mismas	29-11-2018	21:26:29

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	12:17:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante la actualización de los precios referenciales de este ITEM, ya el precio de mercado del equipo con las características solicitadas supera en un 400% al monto del precio referencial fijado	29-11-2018	21:30:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a la planilla de precios modificada en el SICP.	27-03-2019	14:49:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 56 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO - 4.2 LAMPARA - 4.2.3 LED blanco de al menos 60 leds. Solicitamos a la convocante que la cantidad mínima de LED sea de al menos 70 LEDS	29-11-2018	21:33:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	12:17:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 56 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO - 4.2 LAMPARA - 4.2.5 Tiempo de vida útil de 30.000 horas. Solicitamos a la convocante que el tiempo de vida útil sea como mínimo de 60.000 horas	29-11-2018	21:34:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	12:18:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 56 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO - 4.2 LAMPARA - 4.2.7 Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 93 % como mínimo. Solicitamos a la convocante que el CRI mínimo solicitado sea de 96% como mínimo	29-11-2018	21:36:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	12:18:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 56 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO - 4.3 tamaño del campo de trabajo 4.3.3 Intensidad luminosa homogénea de 160.000 lux o más (principal) y 100.000 lux o más (satélite). Solicitamos a la convocante que la Intensidad luminosa homogénea sea la misma tanto en la principal como en el satélite quedando de 160.000 lux o más (principal) y 160.000 lux o más (satélite).	29-11-2018	21:38:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	12:19:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 56 LAMPARA SCIALITICA DE TECHO - 4.4 Cabezal - 4.4.3 Diámetro de 60 cm o mayor. Solicitamos que el diámetro solicitado sea de 70 cm o mayor	29-11-2018	21:39:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	12:19:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 93 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA - 4 Características Solicitamos aclarar cuál debe ser el rango de memorias para configuración de usuarios o programas que debe poseer el equipo. ¿100 o más?, ¿200 o más?, ¿300 o más?	29-11-2018	21:56:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:20:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 93 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA - 4 Características Solicitamos que la convocante aclare cuantas salidas monopolar debe tener el equipo.	29-11-2018	21:57:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:21:47
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 93 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA - 4 Características ¿El equipo debe poseer un programa o un modo especial para electrodos finos para limitar la potencia?	29-11-2018	21:59:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:22:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 93 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA - 4 Características ¿El equipo debe poseer una función para intercambiar entre salidas monopolar y bipolar mediante una tecla o botón en el pedal?	29-11-2018	22:00:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El equipo debe poseer un botón en el pedal que permita al cirujano pasar de modo monopolar a bipolar y viceversa.	26-03-2019	12:22:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 93 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA - 4 Características ¿Debe ser compatible con módulo de gas argón?	29-11-2018	22:00:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:22:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 93 - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA - 4 Características ¿El equipo debe contar con Regulación del arco Voltaico para efectos reproducibles en el tejido?	29-11-2018	22:01:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:23:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 93 - Unidad ELECTROQUIRURGICA - 5 ACCESORIOS - 5.2 Pedal monopolar para corte y coagulación - 5.3 Pedal bipolar ¿Se puede ofertar con un solo pedal que cumpla ambas funciones?	29-11-2018	22:04:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se puede cotizar con un solo pedal doble que cumpla ambas funciones.	26-03-2019	12:23:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante actualizar el precio referencial del mismo, ajustando un 30% como mínimo para arriba el precio de referencia para ajustarse a los valores actuales de mercado	29-11-2018	22:12:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a la planilla de precios modificada en el SICP.	27-03-2019	14:49:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante ajustar los precios referenciales, ya que por la complejidad de lo solicitado, el precio de referencia está 2000% por debajo del precio del mercado de de los equipos de esa configuración	29-11-2018	22:17:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a la planilla de precios modificada en el SICP.	26-03-2019	12:24:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante la actualización de precios referenciales, aumentando en 30% el precio de referencia para ajustarse a los valores de mercado	29-11-2018	22:19:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a la planilla de precios modificada en el SICP.	26-03-2019	12:24:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
LOTE 2 - ITEM 95 Ítem EQUIPO DE RESECCION TRANSURETRAL 4.1 Unidad de procesamiento de imágenes endoscópicas 4.2 Cabezal de cámara 4.3 Fuente de luz LED 4.4 Monitor Solicitamos re considerar el total de las especificaciones solicitadas y actualizar a las últimas tecnologías en formato de alta definición, y con cabezales de cámara especialmente desarrollados para la disciplina. La calidad de lo solicitado es tecnología obsoleta	30-11-2018	00:06:05
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.		26-03-2019	12:24:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.12 Asas para traslado y movimientos de la cama rebatibles. Consulta: Solicitamos a la convocante dejar como OPCIONAL este punto ya que la característica es de una camilla de urgencia, no de las camas hospitalarias. No conocemos ningún fabricante que realice asas para traslado en las camas. Las camas de internación disponen de cabeceros y pieceros extraíbles cuyo diseño permite asirlos, y así no hay asas externas que puedan dificultar el movimiento de la cama en su traslado o que puedan golpear al personal médico o acompañantes.		30-11-2018	00:11:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.		26-03-2019	12:26:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
"DONDE DICE" LOTE 2 - ITEM 95 Ítem EQUIPO DE RESECCION TRANSURETRAL - 5 SET DE INSTRUMENTALES - 5.1 SET DE RESECTOSCOPIA - 5.1.1 Óptica de visión foroblicua panorámica 12°, con sistema óptico de lentes tubulares alargadas, diámetro 4 mm como mínimo, longitud entre 30 a 35 cm. Autoclavable y con transmisión de luz por fibra óptica incorporada. Solicitamos ampliar el rango permitiendo ofertar Óptica de visión foroblicua panorámica 12°, con sistema óptico de lentes tubulares alargadas, diámetro 4 mm como mínimo, longitud compatible con el set de artroscopia .Autoclavable y con transmisión de luz por fibra óptica incorporada.		30-11-2018	00:11:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones		26-03-2019	12:27:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Punto 4.12 Asas para traslado y movimientos de la cama Consulta: Solicitamos a la convocante dejar este punto como opcional ya que lo solicitado es una característica de las camillas de urgencia, no de las camas hospitalarias. No conocemos ningún fabricante que realice asas para traslado en las camas. Las camas de internación disponen de cabeceros y pieceros extraíbles cuyo diseño permite asirlos, y así no hay asas externas que puedan dificultar el movimiento de la cama en su traslado o que puedan golpear al personal médico o acompañantes de manera a permitir mayor cantidad de oferentes.		30-11-2018	00:18:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.		26-03-2019	12:27:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
"DONDE DICE" - LOTE 2 - ITEM 95 - EQUIPO DE RESECCION TRANSURETRAL - 5 SET DE INSTRUMENTALES 5.1 SET DE RESECTOSCOPIA - 5.1.3 Conjunto de elementos de trabajo compuesto por: Elemento de trabajo de corte pasivo BIPOLAR, asa de corte angulada, electrodo de coagulación punta esférica de 3mm como mínimo, electrodo de coagulación punta esférica de 5 mm como mínimo, electrodo de coagulación acodado, 2 cables de alta frecuencia y 1 funda protectora. SOLICITAMOS PODER OFERTAR Conjunto de elementos de trabajo compuesto por: Elemento de trabajo de corte pasivo BIPOLAR, asa de corte angulada (12 unidades), electrodo de vaporización (12 unidades), electrodo de vaporización ovalado (5 unidades) y 2 cables de alta frecuencia		30-11-2018	00:21:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.		26-03-2019	12:34:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Punto 4.12: Asas para traslado y movimientos de la cama. Consulta: Solicitamos a la convocante dejar este punto como opcional ya que lo solicitado es una característica de las camillas de urgencia, no de las camas hospitalarias. No conocemos ningún fabricante que realice asas para traslado en las camas. Las camas de internación disponen de cabeceros y pieceros extraíbles cuyo diseño permite asirlos, y así no hay asas externas que puedan dificultar el movimiento de la cama en su traslado o que puedan golpear al personal médico o acompañantes de manera a permitir mayor cantidad de oferentes.		30-11-2018	00:23:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.		26-03-2019	12:32:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
"DONDE DICE" LOTE 2 - ITEM 95 - EQUIPO DE RESECCION TRANSURETRAL - 5 SET DE INSTRUMENTALES 5.1 SET DE RESECTOSCOPIA - 5.1.5 Electrodo de coagulación bipolar, con punta redonda para coagulación bipolar, 5 Charr, 36 cm de largo +/- 1 cm. Solicitamos poder ofertar Electrodo de coagulación bipolar, con punta redonda u ovalada para vaporización (12 unidades)		30-11-2018	00:25:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones		26-03-2019	12:31:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Punto 4.13 Porta historial clínico desmontable y abatible colocado en la piecera. Consulta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de cotizar mesa para escribir que se coloca en el piecero, es desmontable, e incluye un cesto porta historiales, para permitir la participación de mas oferentes.	30-11-2018	00:26:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	12:31:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
"DONDE DICE" LOTE 2 - ITEM 95 - EQUIPO DE RESECCION TRANSURETRAL - 5 SET DE INSTRUMENTALES 5.1 SET DE RESECTOSCOPIA - 5.1.6 50 gomas de obturación para resectoscopio, cable bipolar. Cantidad: 2 unidades. Solicitamos aclarar, ¿se deben ofertar con dos o 4 cables? en una especificación anterior también solicitan el cable 2 unidades	30-11-2018	00:27:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:35:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.13 Porta Historial clínico desmontable y abatible colocado en la piecera. Consulta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de cotizar mesa para escribir que se coloca en el piecero, es desmontable, e incluye un cesto porta historiales, para permitir la participación de mas oferentes	30-11-2018	00:28:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	12:41:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE ITEM 1 TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA - 4 CARACTERISTICAS - 4.1 Unidad de procesamiento de imágenes endoscópicas Solicitamos, reconsiderar todas las especificaciones, lo solicitado es tecnología obsoleta y muchos fabricantes ya no disponen de ello, además no existe compatibilidad con el tipo de endoscopio solicitado, se debe solicitar un procesador con características de HD o Full HD para que sea compatible con el colonoscopio solicitado.	30-11-2018	00:36:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a los datos modificados en el SICP	26-03-2019	12:43:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE ITEM 1 TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA - 4 CARACTERISTICAS	30-11-2018	00:37:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	12:43:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE - ITEM 1 TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA - 4.2 Cabezal de cámara Solicitamos eliminar este ítem, ya que por la naturaleza del llamado el cabezal de cámara no se usa en endoscopía flexible, ya que el CHIP de IMAGEN está en el endoscopio	30-11-2018	00:40:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:44:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE - ITEM 1 TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA - 4.3 Fuente de Luz LED 4.3.1 Luz fría con tecnología LED. Deberá proveer 2 unidades de lámparas de repuesto. La tecnología LED es de larga duración de vida útil, por lo tanto ofertar lámparas de repuesto genera un costo innecesario, además las lámparas LED cuando mueren deben ser reemplazados en servicio técnico y no en la sala de procedimientos	30-11-2018	00:43:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:44:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE - ITEM 1 TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA - 4.3 Fuente de Luz LED 4.3.2 Temperatura de color de 6000 K o más. Incluir 3 (tres) lámparas adicionales de repuesto por cada equipo. Se vuelve a solicitar lámparas de repuesto, solicitamos que este sea un ITEM opcional	30-11-2018	00:45:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:45:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: ITEM 1 TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA - 4.3 Fuente de Luz LED - 4.3.5 Cable de luz de fibra óptica, diámetro mayor a 3mm, longitud entre: 250 y 350 cm. Cantidad: 2 (dos) por cada equipo. Solicitamos eliminar esta especificación, ya que por la naturaleza del llamado no corresponde lo solicitado	30-11-2018	00:48:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:45:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: ITEM 1 TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA - 4.5 Carro para transporte - 4.5.2 Paneles divisores para los equipos, dos puertas con llave y una gaveta. Solicitamos poder ofertar con Paneles divisores para los equipos, eliminando las dos puertas con llave, los carros de endoscopia no son con puertas ni llave y que el mismo sea original del fabricante	30-11-2018	00:51:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:46:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: ITEM 1 TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA - 4.5 Carro para transporte - 4.5.7 Sistema de documentación, grabador/reproductor de DVD con sus respectivos cables de conexión. Solicitamos aclarar las especificaciones técnicas mínimas de lo solicitado, y aclarar si son de grado médico	30-11-2018	00:53:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:46:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: ITEM 1 TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA - 4.6 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA ¿Debe tener un software especial para polipectomía?	30-11-2018	00:55:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que podría tener un software. No es excluyente.	26-03-2019	12:48:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: ITEM 1 TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA - 4.6 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA ¿Que espacio de memoria debe tener para almacenar programas y/o usuarios?	30-11-2018	00:57:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:50:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: ITEM 1 TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA - 4.6 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA ¿Debe ser con módulo para gas argón? ¿Cuáles deben ser las características del modulo para gas argón	30-11-2018	00:59:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:50:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: ITEM 1 TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA - 4.6 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA EL equipo debe contar con un sistema de control del arco voltaico (para autoajustarse a la potencia mínima necesaria)	30-11-2018	01:00:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:52:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: ITEM 1 TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA - 4.6 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA - 4.6.14: Lápiz de comando manual reutilizable para corte y coagulación con cable de conexión al equipo. Cantidad: 2 (dos). Solicitamos eliminar este ITEM ya que endoscopia digestiva, específicamente en colonoscopia no se usa este accesorio, por lo tanto no pertenece a la naturaleza del llamado en este equipo	30-11-2018	01:03:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:55:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: ITEM 1 TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA - 4.6 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA ¿Debe ser con carro original del fabricante?	30-11-2018	01:04:25
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:55:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente a la convocante pueda ajustar el precio referencial a valore actuales del mercado, para ello debe elevar un 30% sus precios de referencia	30-11-2018	01:09:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a la planilla de precios modificada en el SICP.	26-03-2019	13:42:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE - ITEM 1 TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA - ¿el sistema debe contar con una bomba de irrigación auxiliar? ¿Cuáles deben ser las características de la bomba?	30-11-2018	01:13:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:56:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 42: EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA Sub Ítem 42.3.3. – 20 (veinte) o más programas de tratamientos preestablecidos. Solicitamos al Convocante considerar la cotización de un Equipo con mínimo 8 programas preestablecidos y 12 tratamientos programables, llegando así a la cantidad de 20 programas.	30-11-2018	07:48:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	12:57:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 42: EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA Sub Ítem 42.3.4. - Al menos 100 memorias para almacenar programas establecidos por el usuario Solicitamos permitan la cotización de: Al menos 100 memorias para almacenar programas establecidos por el usuario (Opcional), para posibilitar mayor participación de oferentes.	30-11-2018	07:48:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	12:57:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 54: HIDROCOLLATOR Sub Ítem 54.4.5. - Altura de 70 cm. o más (sin las ruedas), 60 cm. de largo o más, 40 cm de ancho o más. Solicitamos al Convocante permita la cotización de "Altura de 50cm (sin las ruedas), largo de 40cm y ancho de 30cm" para posibilitar mayor cantidad de oferentes.	30-11-2018	07:49:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	12:57:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 92: ULTRASONIDO TERAPEUTICO Sub Ítem 92.3.15. - Al menos 100 memorias para almacenar programas establecidos por el usuario Solicitamos permitan la cotización de: Al menos 100 memorias para almacenar programas establecidos por el usuario (Opcional), para posibilitar mayor participación de oferentes.	30-11-2018	07:50:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	12:58:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 92: ULTRASONIDO TERAPEUTICO Sub Ítem 92.3.14. - Al menos 30 Programas de tratamiento preestablecidos. Solicitamos permitan la cotización de: Al menos 05 Programas de tratamiento preestablecidos como mínimo, para posibilitar mayor participación de oferentes.	30-11-2018	07:50:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	12:58:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.15.5 Solicitan el certificado de calidad de cumplimiento de normativas del colchon de CE MDD 93/42/EEC Clase, dispositivos medicos. Consulta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de presentar otros certificados del colchon, como ISO/TS16949, ISO 9001, ya que en varios paises el colchon no se concidera dispositivos medicos por lo que no se emiten CE, de manera a dar mayor oportunidad a mas oferentes	30-11-2018	08:00:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	26-03-2019	12:59:10

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice plazo de entrega 60 días, considerando las cantidades de bienes requeridas, solicitamos diga, Plazo de entrega 120 días contados a partir de la firma del contrato	30-11-2018	08:22:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas.	26-03-2019	13:17:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El proceso de compra debe ser abierto para que todos los competidores puedan ofertar los equipos de manera individual, al hacerlo por lotes, están limitando la participación de empresas que son especialistas en las diferentes áreas. Por tanto podrían eliminar la forma de adjudicación por "lotes" del llamado y permitir una oferta por cada equipo solicitado?	30-11-2018	08:22:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 14 y a los datos modificados en el SICP.	26-03-2019	13:18:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Tipo de Servicio: Todos los días del año (incluyendo domingos y feriados), las 24 horas del día, con 4 horas de respuesta. Solicitamos modificar Tipo de Servicio: Todos los días del año (incluyendo domingos y feriados), de 08 hs a 17hs	30-11-2018	08:23:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	26-03-2019	13:18:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 6.5 Punto ,solicitan el certificado de calidad de cumplimiento de normativas del colchon de CE MDD 93/42/EEC Clase, dispositivos medicos. Consulta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de presentar otros certificados del colchon, como ISO/TS16949, ISO 9001, ya que en varios paises el colchon no se considera dispositivos medicos por lo que no se emiten CE, de manera a dar mayor oportunidad a mas oferente	30-11-2018	08:25:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2019	13:43:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Reporte General de la Convocante, establece que la forma de adjudicación es por Lote (Lotes Agrupados) Considerando que: el criterio de unificación de los lotes no es correcto, debido a que si en el lote 1 ubican los ítems que se necesitan en quirófano, se obvian por ejemplo dos equipos básicos que hacen a la esencia del mismo quirófano: 1- mesa de cirugía 2- lámparas ciélfáticas, en donde ambos ejemplos forman parte del lote 2.- Si el IPS desea tener la provisión de equipamientos por sector o una practicidad de servicio post venta de los equipos que va adquirir, no hace sentido ubicar por lotes agrupados si estos no tienen co-relación. Las empresas del mercado nacional pueden tener y de hecho muchas tienen especialización en insumos y productos que se relacionan entre sí, por la especialidad. Esto conlleva no solo el producto sino la especialización para la correcta atención del mismo (post venta), por lo que es muy difícil para la gran mayoría de las empresas de nivel local, incluso internacionales, contar con todo lo que en un hospital se pueda necesitar, al pretender adjudicar el llamado por LOTES AGRUPADOS. Si lo supra mencionado no es suficiente argumento para demostrar que la forma de adjudicación no es adecuado es sabido y por la experiencia de varios llamados, no solo del IPS, que el sistema mencionado no contribuye a elegir adecuadamente los productos deseados, solo algunos y otros se completan en el lote, o sea no significa que se puede obtener eficiencia en costos ni mucho menos en calidad de equipamientos, más aún que se sabe que en muchos ítems se alejan de las EETT que se pretenden.- Si bien el IPS tiene muy desarrollado el criterio de alta calidad y prestaciones por compras realizadas con anterioridad, las EETT de este pliego sugiere un detrimento de los mismos y mas llama la atencion que al tratarse de un Hospital nuevo y moderno, los standares solicitados deberian de ser mayores a los productos y servicios actuales.- Solicitamos que: La Convocante modifique el sistema de adjudicación por Ítems.	30-11-2018	08:29:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:01:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente se modifique a Adjudicación por Ítem.	30-11-2018	08:38:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14 y al Sistema de adjudicación modificado en el SICP.	27-03-2019	14:01:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. Consulta: Solicitamos permitan presentar documentos de origen privado del extranjero apostillados, debido al alto costo y plazos que conlleva la legalización por consulado de documentos.	30-11-2018	08:39:35
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:02:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Diseño ergonómico: Panel de control regulable en altura con teclado alfanumérico para introducción de datos del paciente, Pantalla táctil de la menos 12 con al menos 3 páginas seleccionables mediante una función de deslizamiento. Consulta: Solicitamos respetuosamente puedan modificar a pantalla táctil de 10 o más.-	30-11-2018	08:39:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:02:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Software en español de entorno amigable. Consulta: Solicitamos respetuosamente permitan cotizar Software en Español o Inglés de entorno amigable. Consulta: Ítem 2: Ecógrafo Modular Multipropósito. Donde Dice: Batería interna integrada al ecógrafo que permita poner el ecógrafo en modo de hibernación y luego pasar al modo activo en 20 segundos o mejor.	30-11-2018	08:40:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:02:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Batería interna integrada al ecógrafo que permita poner el ecógrafo en modo de hibernación y luego pasar al modo activo en 20 segundos o mejor. Consulta: Solicitamos respetuosamente modificar este punto y ponerlo como opcional.	30-11-2018	08:41:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:03:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Diseño ergonómico: Panel de control regulable en altura con teclado alfanumérico para introducción de datos del paciente, Pantalla táctil de la menos 12 con al menos 3 páginas seleccionables mediante una función de deslizamiento. Consulta: Solicitamos respetuosamente puedan modificar a pantalla táctil de 10 o más.	30-11-2018	08:41:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:03:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Batería interna integrada al ecógrafo que permita poner el ecógrafo en modo de hibernación y luego pasar al modo activo en 20 segundos o mejor. Consulta: Solicitamos respetuosamente modificar este punto y ponerlo como opcional.	30-11-2018	08:42:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:03:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Batería interna integrada al ecógrafo que permita poner el ecógrafo en modo de hibernación y luego pasar al modo activo en 20 segundos o mejor. Consulta: Solicitamos respetuosamente modificar este punto y ponerlo como opcional.	30-11-2018	08:42:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:04:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Térmica y con posibilidad de conexión plug and play mediante puerto USB con impresoras a chorro de tinta y láser. Consulta: Solicitamos respetuosamente modificar como opcional la posibilidad de conexión USB a impresora a chorro de tinta.	30-11-2018	08:42:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:04:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Teclado alfanumérico completo integrado (del tipo QWERTY) para introducción de datos de paciente. Consulta: Solicitamos permitan cotizar como alternativa Touch Panel incorporado.	30-11-2018	08:43:03
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:04:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Presión Inspiratoria (cm H2O). Límite inferior 5 o menor. Límite superior 90 o mayor. Consulta: Solicitamos permitan cotizar como Límite superior 60 o mayor.	30-11-2018	08:43:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:04:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: PEEP/CPAP (cm H2O). Límite inferior 1 o menor. Límite superior 40 o mayor. Consulta: Solicitamos permitan cotizar como Límite superior 35 o mayor.	30-11-2018	08:43:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:05:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Cálculo de Trabajo Respiratorio del equipo. Consulta: Solicitamos respetuosamente modificar este punto como Opcional, debido a la tecnología del equipo.	30-11-2018	08:43:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:05:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Aire: Suministro externo de alta presión (Aproximadamente 50 PSI). Consulta: Solicitamos respetuosamente modificar este punto permitiendo cotizar como alternativa Aire: mediante Turbina.	30-11-2018	08:44:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:05:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III, Requisitos de los Bienes Requeridos, en la pag. 15, solicitan: Lote 1 Item 5 Máquina de Anestesia Considerando que: Como se puede observar Especificaciones básicas de equipos incluso de mucho menores prestaciones a las que el IPS cuenta en la actualidad, dejando muchos puntos importantes abiertos y de confusión en equipos que según las evaluaciones de los especialistas son necesarios; ni que decir para el equipamiento de un Hospital de Especialidades Quirúrgicas. IPS ha hecho llamados para sus hospitales del interior (San Pedro del Y, Cnel Oviedo y Benjamín Aceval) con especificaciones más definidas y que corresponden a equipos de alta complejidad que no se corresponden a los encontrados en este llamado para el Hospital de Especialidades Quirúrgicas INGAVI en donde es lógico suponer por las informaciones que son públicas se pretende tener la mejor infraestructura y equipos. Solicitamos que: La Convocante defina mejor las características de los equipos de anestesia, recomendando el mejorar el standard de calidad del producto solicitado, acorde al Hospital. De esa manera no solo se pueden preparar mejor las ofertas sino dar mayor participación a los oferentes. Entendemos al leer las consultas de otros interesados en participar en este llamado que se dan sobrados argumentos para que la convocante, por lo menos, en los equipos de importancia o soporte vital, modifique el sistema de adjudicación, a manera de conseguir mejores ofertas, transparencia, más oferentes, mejores EETT y que, de una vez por todas elimine la percepción negativa que existe.-	30-11-2018	08:44:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:05:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Mangueras de alta presión codificadas para oxígeno (verde) y para aire (amarillo) con conexiones tipo DISS (compatibles con las tomas de gases del IPS). Consulta: Solicitamos respetuosamente permitan cotizar mangueras de color Blancas, como lo establecen las normas Europeas.	30-11-2018	08:44:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:06:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
19.4.2. Donde dice Capacidad de soporte de peso de 220Kg como mínimo, solicitamos diga Capacidad de soporte de peso de 200Kg	30-11-2018	08:50:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:06:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

4.3. Donde dice dimensiones totales de la cama con cabecera, piecera y barandales arriba, incluyendo protectores: Ancho máximo 105, a fin de dar mayor participación a los oferentes solicitamos diga Ancho máximo 111cm	30-11-2018	08:51:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:06:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección IV. Condiciones Generales del Contrato, en la CGC 13, pag 99, mencionan: Las condiciones de pago serán: PUNTO B: b) EL OCHENTA POR CIENTO (80%) fraccionados en 60 (sesenta) meses del Precio del Contrato que podrá ser solicitado cuando el Contratista cuente con el Acta de Recepción Definitiva de los Bienes que el Administrador del Contrato emitirá conforme a los plazos establecidos en la Sección III. En caso de que las entregas excedan los plazos fijados en el Plan de Entregas, para el Cómputo de las deducciones que correspondan en casos de atraso, se tomarán en cuenta las fechas límites de entrega en el mencionado Plan.- El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación. Considerando que: Es la primera vez que el IPS implementa el sistema de pago a 5 años para equipos médicos en sus pliegos. El concepto es interesante pero no se conlleva con los precios referenciales que se observa en el llamado. Esos precios en la gran mayoría de los artículos y de los LOTES están absolutamente desfasados dado el tipo de cambio y los precios internacionales (el 99% de los ítems son importados) y si le suma la necesidad de efectuar ofertas en donde se debe incluir financiación más aun los precios referenciales están desconfigurados. Solicitamos que la Convocante aclare los siguientes puntos: 1. cuando menciona el PBC: pagos..... fraccionados en 60 (sesenta meses) es correcto? 2. Van a realizar una re-valoración de los precios referenciales? 3. Incluirían posibilidad de recibir las ofertas: precios de los artículos y financiación por separado? 4. Porque cuando nos solicitaron cotizaciones de precios, los mismos fueron precios de contado. En ningún momento solicitaron precios con financiación a 60 meses. Esto se puede comprobar con los precios referenciales subidos con este Pliego, los cuales son precios de contado y en algunos ítems inclusive tienen precios menores a los cotizados, pero sin modificar las especificaciones técnicas requeridas en la cotización.	30-11-2018	08:51:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:06:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5. Donde dice Cubierta radio transparente y soporte para chasis de RX, solicitamos diga Cubierta radio transparente y/o soporte para chasis de RX dorsal	30-11-2018	08:52:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:07:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.2. Donde dice Capacidad de soporte de peso de 220Kg como mínimo, solicitamos diga Capacidad de soporte de peso de 200Kg	30-11-2018	08:53:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:07:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
19.4.3. Donde dice dimensiones totales de la cama con cabecera, piecera y barandales arriba, incluyendo protectores: Ancho máximo 105, a fin de dar mayor participación a los oferentes solicitamos diga Ancho máximo 111cm	30-11-2018	08:53:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:13:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Dimensiones de la camilla (con barandales arriba): Longitud total 200cm o menos. ancho total 95cm o menos Solicitamos a la convocante poder cotizar camilla con dimensiones de Longitud total 220cm o menos. Ancho total 95cm o menos. dando así mayor participación a oferentes.	30-11-2018	08:54:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:14:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Bomba de vacío tipo rotativo a paletas o tornillos. Consulta: Solicitamos permitan cotizar bomba de vacío tipo rotativo a paletas o tornillos.	30-11-2018	08:56:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:15:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde Dice: Altura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón). Altura mínima 49 cm o menos. Altura máxima 88 cm o más. Consulta: Solicitamos permitan cotizar Altura máxima 71 cm o más.	30-11-2018	08:56:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:15:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en el punto 4.11.1 donde dice: trendelenburg de 20° como minimo. Solicitamos a la convocante poder cotizar trendelenburg de 16° como minimo, para asi dar mayor participacion a oferentes.	30-11-2018	08:56:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:16:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Alarmas Alarma sonora y luminosa de falta de energía eléctrica de red. Alarma sonora y luminosa de batería baja. Con posibilidad de silenciado. Consulta: Solicitamos permitan cotizar Alarmas como Opcional.	30-11-2018	08:56:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:16:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Altura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón). Altura mínima 49 cm o menos. Altura máxima 88 cm o más. Consulta: Solicitamos permitan cotizar Altura máxima 71 cm o más.	30-11-2018	08:57:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:16:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice 2. 6.1.5 Software para elastografía., solicitamos que esta función quede como Posibilidad de incorporar a futuro Software para elastografía.	30-11-2018	08:57:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:16:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Alarmas Alarma sonora y luminosa de falta de energía eléctrica de red. Alarma sonora y luminosa de batería baja. Con posibilidad de silenciado. Consulta: Solicitamos permitan cotizar Alarmas como Opcional.	30-11-2018	08:57:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:16:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el plan de Entregas descripto, en la Sección IV, Condiciones especiales del Contrato(pág. 92) , se indica que la entrega por ítem debe efectuarse dentro del plazo especificado en la planilla de Distribución de los Equipos, contado a partir de la firma del contrato Sin embargo, en las CGC 14.1;14.2 y 14.3(pág 99), se indica: A efectos de la determinación del inicio de los plazos contractuales, serán computados desde que el Anticipo se encuentre a disposición del Contratista para su cobro A nuestro entender, estas dos porciones del Pliego se contradicen. Solicitamos que se aclare que el plazo de entrega de los bienes debe ser computado a partir del cobro del anticipo, y no desde la firma del contrato. El espíritu de incluir un anticipo financiero dentro del Pliego de Bases y Condiciones, y de acuerdo a lo que indica la Ley de Contrataciones Públicas, es que ese anticipo cubra una parte del costo de importación de los bienes a adquirir, considerando el alto valor de los mismos.	30-11-2018	08:57:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:16:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice 2. 6.2.3 Aplicaciones (paquete de cálculos y mediciones) cardiológicas. solicitamos que dicha función pueda ser incorporada a futuro, considerando que no se solicitan transductores cardiológicos, por lo que puede incrementar innecesariamente el precio del equipo.	30-11-2018	08:57:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:17:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice 2. 7.2.1 Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 4 a 12 Mhz solicitamos poder ofertar transductores con ancho de banda de 5 a 12 Mhz, ya que la diferencia es mínima, con lo cual permitirá mayor participación de oferentes.	30-11-2018	08:58:08

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que lo consultado está en rango de lo solicitado.	27-03-2019	14:17:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
19.4.12 Asas para traslado y movimientos de la cama rebatibles, solicitamos se permita ofertar camas que permita el traslado y movimiento de la cama a través de asas en la cabecera.	30-11-2018	08:58:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:17:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en el punto 4.11.4 donde dice: Altura maxima: 90cm o más. Solicitamos a la convocante poder cotizar desde 88cm o mas. para así dar mayor participacion a los oferentes.	30-11-2018	08:58:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:17:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Los equipos que son utilizados dentro de salas de resonancia magnética deben estar certificados por el fabricante de hasta que intensidad de campo magnético puede ser utilizado el equipo. En este caso, dentro de las especificaciones técnicas de la maquina de anestesia para resonancia magnética no especifica hasta que intensidad de campo puede ser utilizado. Esto es importante ya que determina la usabilidad del equipo en sitio, por esto recomendamos a la convocante agregue esta solicitud de la siguiente manera Con capacidad de ser utilizado en salas con Equipos de Resonancia Magnética de 1.5 y 3 teslas, pudiendo ser colocado el equipo en la línea de 1000 Gauss	30-11-2018	08:59:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que es para ser utilizado con equipos de 1,5 T	27-03-2019	14:18:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se recomienda que las maquinas de anestesia para uso en salas de resonancia magnética cuenten con un medidor de Gauss por seguridad, ya que de esta manera se podrá indicar al usuario hasta donde puede acercarse el equipo hasta el magneto. Por lo mencionado, recomendamos a la convocante que agregue la siguiente especificación Incluir medidor de Gauss.	30-11-2018	08:59:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:18:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Modos de ventilación: al menos control por Volumen y Control por Presión, sincronizado intermitente con Presión de Soporte y Presión de Soporte para Ventilaciones Espontaneas. Solicitamos amablemente a la convocante mejorar este ítem acorde a especificaciones que dan apertura a la mayor participación de oferentes, quedando el ítem de la siguiente manera Modos de ventilación: al menos control por Volumen y Control por Presión, sincronizado intermitente, Presión de Soporte y Espontaneas.	30-11-2018	08:59:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:18:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación a las condiciones de pago, establecidas en las CGC 14.1;14.2 y 14.3(pág 99), solicitamos relean y modifiquen el apartado b) EL OCHENTA POR CIENTO (80%) fraccionados en 60 (sesenta) meses del Precio del Contrato que podrá ser solicitado cuando el Contratista cuente con el Acta de Recepción Definitiva de los Bienes Solicitamos esta modificación debido a las siguientes causas: 1) No es posible para la gran mayoría de las empresas dedicadas a la provisión de Equipos Médicos, financiar una compra del Instituto de Previsión Social, por 5 años. Para permitir la mayor participación posible de oferentes y garantizar la libre competencia, como lo indica la Ley de Contrataciones Públicas, este punto debería ser modificado. 2) Se debe tener en cuenta, que la garantía de los equipos en cuestión, es de tan sólo 2 años, por lo que a partir del 3er año ya se debería considerar un contrato de mantenimiento. Es un contrasentido, que ya se contrate un mantenimiento, cuando la adquisición del bien aun no fue pagada en su totalidad. 3) El costo de financiación se trasladará necesariamente al costo del Bien, incluso aumentando el precio del mismo en casi el doble, por lo que el precio referencial de los equipos que contempla el Pliego, no estará acorde a la realidad. Considerando que actualmente existe una resolución vigente del Consejo de Administración del IPS, N° 088-002/17 de fecha 7 de diciembre del 2017, que establece la posibilidad de la Cesión de Créditos a Bancos Privados, recomendamos que el apartado se modifique y quede redactado de la siguiente forma: b) EL OCHENTA POR CIENTO (80%) fraccionados en 12 (doce) cuotas mensuales del Precio del Contrato. Alternativamente se garantiza la opción al Contratista de realizar una Cesión de Deuda del Saldo total pendiente (80%), a un banco de plaza de su elección. El Contratante negociará el plazo y las condiciones de pago directamente con el Banco elegido por el Contratista, sin embargo, el plazo de financiación no podrá ser mayor a 24 meses. El cobro podrá ser solicitado cuando el Contratista cuente con el Acta de Recepción Definitiva de los Bienes	30-11-2018	09:00:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:18:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Seccion IV Condiciones Generales del Contrato, en las paginas 93 al 97, Distribucion de los Equipos Considerando que: los plazos de entrega son iguales, 60 días independientemente a el tipo de equipo solicitado Solicitamos que: La convocante extienda el plazo de entrega productos a 120 días, teniendo en cuenta que la gran cantidad de equipos requeridos, de esa manera se podrá atender mejor los plazos dado que la logística de todos los productos al ser importados y requieren de tiempo y a manera también de limitar la presentación de potenciales oferentes.-	30-11-2018	09:01:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:19:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos cambiar el Sistema de Adjudicación POR LOTE a Adjudicación POR ITEM, debido a la gran cantidad y diversidad de equipos, una sola empresa no podrá proveer todos los equipos de un LOTE, además el tiempo no es suficiente para realizar consorcios con otras empresas y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos. La Adjudicación POR LOTE restringirá la cantidad de oferentes, es por eso que solicitamos el cambio del sistema de Adjudicación a POR ITEM. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROTESTAR EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	30-11-2018	09:04:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:19:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Seccion IV.Condiciones Generales de los Contratos, en la pag 99 , menciona las condiciones de pago(punto B) Considerando que: La convocante hace unos años implemento el sistema de pago via sesion a entidades bancarias privadas a un plazo en general a 12 meses siendo este un sistema aceptado actualmente por las partes, sugerimos que el pliego establezca esta opcion en vez del fraccionamiento a 60 meses.	30-11-2018	09:05:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:19:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos la postergación de la fecha de inicio de propuestas por lo menos 3 (tres) meses, debido la enorme cantidad y variedad de equipos solicitados una solo empresa no podrá proveer todo un lote, los procesos para realizar algún tipo de consorcio por lo general tardan 45 a 60 días, a eso se debe adicionar el tiempo para evaluar que empresas cumplen con las especificaciones técnicas, es por eso que solicitamos respetuosamente postergar la fecha de inicio de propuestas por lo menos 3 (tres) meses.	30-11-2018	09:05:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a los plazos establecidos en el SICP.	27-03-2019	14:20:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50 cm en total. Consulta: Solicitamos permitan desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 30 cm en total.	30-11-2018	09:06:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:20:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que el anticipo del 20% se cambie a por lo menos 30%, para que los posibles proveedores tengan mayor capacidad financiera, además, así se podrá reducir los costos de financiamiento que realizarán los proveedores, teniendo en cuenta que dicho financiamiento será de gran parte del valor de los equipos.	30-11-2018	09:06:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:20:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos en caso de falla. Consulta: Solicitamos modifiquen este punto como Opcional.	30-11-2018	09:06:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:20:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50 cm en total. Consulta: Solicitamos permitan desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 30 cm en total.	30-11-2018	09:06:29

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:21:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos en caso de falla. Consulta: Solicitamos modifiquen este punto como Opcional.	30-11-2018	09:06:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:22:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5 donde dice: Soporte técnico capacitado, demostrable mediante certificados del fabricante de los equipos ofertados, legalizados por consulado del país de origen. SOLICITAMOS que se pueda presentar el certificado del fabricante para la apertura de ofertas una copia simple y en caso de ser adjudicado para la firma del contrato presentar la documentación legalizado por el consulado del país de origen, ya que estos documentos tienen un costo y un proceso para realizarse en el país de origen, es por eso que solicitamos respetuosamente realizar dicho cambio y así poder dar oportunidad de participar a más oferentes.	30-11-2018	09:06:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:22:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50 cm en total. Consulta: Solicitamos permitan desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 30 cm en total.	30-11-2018	09:06:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:22:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos en caso de falla. Consulta: Solicitamos modifiquen este punto como Opcional.	30-11-2018	09:07:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:23:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7 donde dice: Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. SOLICITAMOS que se pueda presentar el certificado del fabricante para la apertura de ofertas una copia simple y en caso de ser adjudicado para la firma del contrato presentar la documentación legalizado por el consulado del país de origen, ya que estos documentos tienen un costo y un trámite burocrático para obtener y la mismas llevan tiempo, es por eso que solicitamos respetuosamente realizar dicho cambio y así poder dar oportunidad de participar a más oferentes.	30-11-2018	09:07:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:23:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección IV Condiciones generales del contrato, en la pag 92 menciona: Requerimientos para la entrega de los equipos adjudicados: - Manual técnico en idioma español, portugués o inglés.... Considerando que: La Convocante debería solicitar solo documentaciones en idioma español, de lo contrario las capacitaciones también deberían ser en estos tres idiomas y hay que ver si los funcionarios directamente involucrados de la Convocante manejan estos idiomas. Solicitamos que: Soliciten Manual técnico en idioma solo en el idioma español.	30-11-2018	09:07:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:23:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos ampliar el Plazo para Entrega de equipos a por lo menos 90 días a partir del Cobro del Anticipo, considerando que los tiempos de fabricación y transporte de los equipos son alrededor de 90 hasta inclusive 120 días.	30-11-2018	09:07:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:23:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: 9.8.2 El equipo podrá contar con compresor o turbina de respaldo, no siendo un requisito excluyente. Atendiendo las últimas situaciones donde el sistema de aire comprimido en varias instituciones habrían tenido problemas de humedad en las mismas y por lo que tenían que parar para realizarles los mantenimientos correspondientes, dejando inoperativo varios equipos de ventilación sin compresor o turbina, causando un colapso en el servicio, recomendamos que este punto sea un requisito excluyente, es decir con la siguiente especificación: "El equipo deberá contar con compresor o turbina de respaldo".	30-11-2018	09:08:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:23:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos aumentar el precio estimado del ARCO EN C en al menos 920 millones de guaraníes, ya que el precio estimado actual de Gs. 536.170.667 no se encuentra acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, además hay que tener en cuenta que se debe financiar gran parte del monto de los equipos. Favor ampliar precio referencial.	30-11-2018	09:08:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a la planilla de precios modificado en el SICP.	27-03-2019	14:27:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos ampliar el precio estimado de los EQUIPOS DE RAYOS X MOVIL a al menos 400 millones de guaraníes, ya que el precio estimado actual de Gs. 286.600.000 no se encuentra acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, además se debe financiar gran parte del monto de los equipos. Favor ampliar referencial.	30-11-2018	09:09:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a la planilla de precios modificado en el SICP.	27-03-2019	14:27:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Condiciones generales del contrato, en las pag 100 y 101, solicitan Interes diario por atraso de pago e interes por mora diaria. En el CGC 14.6 en caso de que la Convocante se atrase en el pago, esta debe pagar un interes por mora de cero coma cero uno por ciento (0,01%) por dia cada dia de atraso, y sin embargo en el CGC 27 establece que, si el Proveedor se atrasa en la entrega del bien ofertado, debe pagar cero coma uno por ciento (0,1%) por cada dia de atraso. Se deberia respetar el Principio del Derecho de Igualdad Contractual de las partes como establece elCodigo Civil, por lo que tasas deberian ser las mismas para ambas partes. Solicitamos que: se establezca una misma tasa para moratoria tanto para el CGC 14.6 como para el CGC 27.	30-11-2018	09:09:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:27:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos ampliar el precio estimado del ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPOSITO a al menos 400 millones de guaraníes, ya que el precio estimado actual de Gs. 265.826.947 no se encuentra acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, además se debe financiar gran parte del monto de los equipos. Favor ampliar referencial.	30-11-2018	09:09:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a la planilla de precios modificado en el SICP.	27-03-2019	14:27:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos aumentar el precio estimado del ECOGRAFO MODULAR PARA UROLOGIA en al menos 400 millones de guaraníes, ya que el precio estimado actual de Gs. 265.826.947 no se encuentra acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, además hay que tener en cuenta que se debe financiar gran parte del monto de los equipos. Favor ampliar precio referencial.	30-11-2018	09:10:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a la planilla de precios modificado en el SICP.	27-03-2019	14:28:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en el punto 4.1 donde dice: Estructura Metalica de acero Inoxidable o cromado Solicitamos a la convocante poder cotizar acero con revestimiento de epoxi, el cual es una resina antiestatica y anticorrosiva la cual cumpliria la misma funcion del acero inoxidable y dando así mayor participacion a oferentes.	30-11-2018	09:10:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:28:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En la Sección IV Condiciones Generales del Contrato, en la pag 101 del PBC en el CGC 28.3 menciona: MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El mantenimiento correctivo será realizado por el personal técnico de la empresa proveedora del servicio al llamado, ante cualquier problema surgido con los equipos. La empresa adjudicada deberá garantizar el correcto funcionamiento de los bienes suministrados Solicitamos que: La Convocante especifique lo siguiente: El mantenimiento correctivo por garantía contempla cualquier desperfecto que pueda tener el equipo por causas internas del mismo, tanto hardware o software, o por desperfectos de fábrica. No contempla desperfectos a causa de las instalaciones eléctricas, toma de gases, exposición a líquidos durante su limpieza, mala utilización por parte del usuario, utilización de insumos o accesorios no recomendados por fábrica o cualquier otro agente externo que ocasione algún fallo al equipo. Es correcta esta suposición? Porque la cotización a presentar podría variar radicalmente de no ser así.	30-11-2018	09:12:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:29:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 9.9.6 Pantalla gráfica LCD a colores de 8" o mayor para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas. Se están solicitando todas estas visualizaciones, además de 3 tipos de curvas en simultaneo, y solo en una pantalla de 8" podría ser un problemas de visualización, por lo que recomendamos soliciten una pantalla de por lo menos 12" donde se puedan verificar todas estas visualizaciones y colaborar en el bienestar del personal médico de las terapias.	30-11-2018	09:12:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:29:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
19.4.13 Donde dice porta historial clínico desmontable y abatible colocado en la piecera, solicitamos dejar este punto como opcional de manera a permitir mayor participación de oferentes	30-11-2018	09:12:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:29:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 5.10 posiciones fowler, vascular, cardiaco, inclinacion lateral Consulta: solicitamos a la convocante dejar como opcional la inclinacion lateral, para dar mayor oportunidad a mas oferentes.	30-11-2018	09:12:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:30:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
19.4.15.7 Colchón, espesor mínimo de 15cm, solicitamos diga Colchón, espesor mínimo de 15cm +/-2cm	30-11-2018	09:18:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:30:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Puntos 7.1 y 7.2 Alarma sonora y luminosa Para permitir la participacion de mas oferentes solicitamos incluir solo alarma luminosa de las camas o dejar como opcional la alarma sonora.	30-11-2018	09:18:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:30:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.15.7 Colchón, espesor mínimo de 15cm, solicitamos diga Colchón, espesor mínimo de 15cm +/-2cm	30-11-2018	09:21:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:31:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Frecuencia de oscilacion: 15.000 rpm como minimo. Debido a que lo que solicitan es la frecuencia de oscilación y el mismo se mide por ciclos por minuto se solicita a la convocante aclarar que como mínimo se aceptarían sierras con rango de oscilación de 0 a 11.000 cpm	30-11-2018	09:21:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:31:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: Peso al menos 1.800 gramos. Solicitamos a la convocante aceptar sierras con peso menor al solicitado, ya que al ser de menor peso la manipulación al momento de la cirugía es mucho mejor.	30-11-2018	09:22:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:31:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Tapa de cierre inferior de la sierra reutilizable, esterilizable por autoclave. Se solicita a la convocante aclarar si se refiere a la abrazadera de fijación de la cuchilla o al mando de bloqueo de la cuchilla?	30-11-2018	09:23:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se refiere a ambos.	27-03-2019	14:32:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Batería Nimh reutilizable recargable peso menor a 450 gramos. Cantidad: 2 (dos) unidades Solicitamos a la convocante aceptar baterías de Nicad o Lithium	30-11-2018	09:23:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:32:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Cargador de batería reutilizable, capacidad de recarga de hasta 4 baterías de manera simultáneas. Medidas de acuerdo a las baterías solicitadas en el equipo. Alimentación de 100-240 V, 50 Hz, Peso menor a 3.500 gramos. Solicitamos a la convocante poder cotizar cargadores con capacidad de hasta 2 baterías simultáneamente	30-11-2018	09:23:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:32:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Hoja de sierra reutilizable para fase de preparación de huesos. Medidas: longitud de trabajo dentro del rango de 48 y 50 mm , ancho de hoja dentro del rango 38 y 40 mm, grosor de hoja dentro del rango de 0,6 y 0,7 mm, grosor de hoja cortante dentro del rango 0,8 a 0,9 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. Solicitamos a la convocante poder cotizar hojas de sierra con longitud de trabajo de hasta 64 mm, ancho de la hoja desde 32 mm y grosor de hasta 0.8 mm	30-11-2018	09:24:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:33:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Hoja de sierra reutilizable para fase de preparación de huesos. Medidas: longitud de trabajo dentro del rango de 33 a 35 mm, ancho de hoja dentro del rango 18 a 20 mm, grosor de hoja dentro del rango 0,540,5 mm, grosor de hoja cortante 0,8. Cantidad: 10 (diez) unidades. Solicitamos a la convocante poder cotizar hojas de sierra con longitud de trabajo de hasta 41 mm, grosor desde 0.4 mm y grosor de corte desde 0.5 mm	30-11-2018	09:24:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:33:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Hoja de sierra reutilizable para fase de preparación de huesos. Medidas: longitud de trabajo dentro del rango 48 a 50 mm, ancho de hoja dentro del rango 38 a 40 mm, grosor de hoja dentro del rango 0,4 a 0,5 mm, grosor de hoja cortante dentro del rango de 0,7 a 0,8 mm. Cantidad: 10 (diez) unidades. Solicitamos a la convocante poder cotizar hojas de sierra con longitud de trabajo de hasta 63 mm, ancho de la hoja desde 19.5 mm, grosor de hasta 0.6 mm y grosor de corte	30-11-2018	09:25:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:33:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Hoja de sierra reutilizable para fase de preparación de huesos. Medidas: longitud de trabajo dentro del rango 33 a 35 mm, ancho de hoja dentro del rango 72 a 75 mm, grosor de hoja dentro del rango de 0,4 a 0,5 mm, grosor de hoja cortante dentro del rango 0,7 a 0,8. Cantidad: 10 (diez) unidades. Solicitamos a la convocante poder cotizar hojas de sierra con longitud de trabajo de hasta 63 mm, ancho de la hoja desde 49 mm, grosor de hasta 0.6 mm y grosor de corte hasta 0.9 mm	30-11-2018	09:25:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:33:47
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.2.1 Movimiento vertical motorizado de 40 cm o más Solicitamos la modificación de este punto de la siguiente forma: Movimiento vertical motorizado o contrabalanceado de 40 cm o más. Esto es considerando que el movimiento contrabalanceado es más rápido y más práctico, y menor costo de mantenimiento al no tener partes electrónicas. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes y además este requisito tiene sesgo de exclusión de nuestra representada.	30-11-2018	09:27:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:33:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.2.3 Rotación de al menos $\pm 180^\circ$ Solicitamos aclarar si la rotación de $\pm 180^\circ$ obedece la necesidad de una cobertura de 360° de rotación? En caso contrario solicitamos modificar la especificación de la siguiente manera: Rotación de al menos 360° sin considerar el sentido de la rotación.	30-11-2018	09:28:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:34:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.3.2 Tres campos de entrada Solicitamos modificar a dos o más campos de entrada a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes y considerando que contar con tresno representa una verdadera ventaja en cuanto calidad de imágenes. Consideramos que con con dos campos puede satisfacerse los requerimientos.	30-11-2018	09:29:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:34:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5.5 Tiempo de exposición fijo de 0.5 o menos segundos para todas las combinaciones de mAs. Solicitamos modificar a: Tiempo de exposición variable en un rango de 0,025 seg o menos hasta 5 seg o más para todas las combinaciones de mAs. Considerando que la característica de tiempo fijo es una característica de diseño que no afecta al desempeño del equipo, siendo la de tiempo variable la de mayor utilización en las diversas marcas y que esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes.	30-11-2018	09:29:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:34:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
9.6.6 Rango de mAs: de 1 mAs o menos a 9 mAs o mayor. Solicitamos aclaración relacionado al rango superior de 9 mAs o mayor, pues consideramos que el valor expresado no representa un valor práctico y que puede deberse a un error involuntario de tipeo, pues los rangos de mAs suelen ser muy superiores a 9 mAs.	30-11-2018	09:31:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:34:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.6.2 Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 45.000 HU ó mayor. Solicitamos aumentar el requerimiento mínimo de Capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo a 100.000 HU o mayor. Considerando que un tubo de baja capacidad calórica no permitirá la realización de cirugías prolongadas con pacientes adultos debido al calentamiento rápido que sufrirá el tubo de rayos x, lo cual traerá aparejado tiempos de espera a la espera del enfriamiento del tubo.	30-11-2018	09:31:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:35:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.6.3 Dos focos entre 0,5 o menos y 1,5 mm o mayor Solicitamos modificar a: Un foco o dos focos, un foco de 0,6 mm o menos, o dos focos de entre 0,5 mm o menos y 1,5 mm o menor a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes y considerando que con un único foco de 0,6 se garantiza la calidad de imagen requerida y que focos de mayor tamaño solo son utilizados para disparos radiográficos que en la práctica cotidiana no son utilizados y tampoco en estas especificaciones se están solicitando los accesorios como necesarios para la realización de placas radiográficas convencionales ya sea con CR o Placas convencionales.	30-11-2018	09:31:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:35:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos una prórroga de por lo menos 10 días en el acto de inicio de la subasta debido a la gran variedad de equipos solicitados, lo cual requiere tiempo para la obtención de las mejores ofertas de los distintos proveedores en el extranjero. En el caso de que sea necesario el consorciamiento, se requiere un tiempo mayor para su formalización.	30-11-2018	09:32:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a los plazos establecidos en el SICP	27-03-2019	14:35:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos ampliar el plazo de entrega a 120 días considerando que los equipos solicitados son de en gran numero de alta tecnología y son fabricados sobre pedido dentro de un programa de producción y debido a las cantidades solicitadas las mismas deberán ser traídas via marítima a fin de permitir precios convenientes a la convocante.	30-11-2018	09:33:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:35:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que el computo del plazo de entrega sea iniciado luego de la firma del contrato y cobro del anticipo correspondiente debido a los montos, especialmente en equipos de alta tecnología, y con el fin de disminuir los costos financieros a la convocante.	30-11-2018	09:34:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:37:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se establece el pago del saldo del OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor de los bienes fraccionados en 60 (sesenta) meses del Precio del Contrato que podrá ser solicitado cuando el Contratista cuente con el Acta de Recepción Definitiva de los Bienes que el Administrador del Contrato emitirá conforme a los plazos establecidos en la Sección III. Solicitamos que el pago del saldo del OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor de los bienes sea al CONTADO Y PUEDA ser solicitado cuando el Contratista cuente con el Acta de Recepción Definitiva de los Bienes que el Administrador del Contrato emitirá conforme a los plazos establecidos en la Sección III, de esta manera la convocante no incurrirá en los gastos de intereses bancarios por el financiamiento	30-11-2018	09:34:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:37:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
.4.13 Donde dice porta historial clínico desmontable y abatible colocado en la piecera, solicitamos dejar este punto como opcional de manera a permitir mayor participación de oferentes	30-11-2018	09:35:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:37:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5 Donde dice Cubierta radio transparente y soporte para chasis de RX con posibilidad de realizar RX en posición sentada y uso de arco en C, solicitamos que el uso de arco en C sea opcional, considerando que las camas son compatibles con solo algunas marcas y modelos de arco en C	30-11-2018	09:36:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:38:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Asas para traslado y movimientos de la cama abatibles, solicitamos se permita ofertar camas con sistema de traslado para pacientes a través de la cabecera	30-11-2018	09:36:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El ítem fue modificado en consultas anteriores	27-03-2019	14:38:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la planilla de especificaciones técnicas requeridas, se observan varios puntos o inclusive ítems resaltados en amarillo. Solicitamos amablemente aclarar el alcance de estas marcas o resaltados puestos en el documento.	30-11-2018	09:38:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que los textos resaltados en el documento final se deben a un error en la edición y no tienen un mensaje en particular para el oferente.	27-03-2019	14:38:55
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Flujo Inspiratorio (L/min). Límite inferior 6 o menor. Límite superior 100 o mayor. Solicitamos permitan cotizar equipos con limite inferior de 10 L/MIN o menor, de manera a dar mayor participación de proveedores.	30-11-2018	09:39:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	27-03-2019	14:39:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
20.5.1 Donde dice altura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso sin colchon) Altura mínima 49 cm o más Altura máxima 88 cm o más Solicitamos diga Altura máxima 77 cm o más teniendo en cuenta que el Sistema de Prevención de Caídas determina que la altura más importante para la seguridad del paciente es la altura mínima	30-11-2018	09:40:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:39:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 6.5 Punto ,solicitan el certificado de calidad de cumplimiento de normativas del colchon de CE MDD 93/42/EEC Clase, dispositivos medicos. Consulta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de presentar otros certificados del colchon, como ISO/TS16949, ISO 9001, ya que en varios paises el colchon no se concidera dispositivos medicos por lo que no se emiten CE, de manera a dar mayor oportunidad a mas oferente	30-11-2018	09:40:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:39:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 7.1 y 7.2 Alarma sonora y luminosa, solicitamos a la convocante dejar como opcional la alarma sonora para dar mayor oportunidad a mas oferentes.	30-11-2018	09:42:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:39:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.11 donde dice 4.000.000 o más canales digitales de procesamiento no multiplexados. Solicitamos permitir la participación de equipos con menor cantidad de canales digitales de procesamiento mutiplexado, ya que la cantidad minima exigida pareceria tener como unica intención excluir ciertas marcas y permitir a "pocas" marcas su participación.	30-11-2018	09:42:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:40:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
20.5.10. Posiciones Fowler vascular, cardiaco, inclinación lateral. Solicitamos que la inclinación lateral sea opcional	30-11-2018	09:42:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:40:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las CGC 14.1; 14.2 y 14.3 donde menciona: b) EL OCHENTA POR CIENTO (80%) fraccionados en 60 (sesenta) meses del Precio del Contrato que podrá ser solicitado cuando el Contratista cuente con el Acta de Recepción Definitiva de los Bienes que el Administrador del Contrato emitirá conforme a los plazos establecidos en la Sección III. En caso de que las entregas excedan los plazos fijados en el Plan de Entregas, para el Cómputo de las deducciones que correspondan en casos de atraso, se tomarán en cuenta las fechas límites de entrega en el mencionado Plan.- El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación. Documentos exigidos para el pago: 1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al Anexo III: 2. Copia de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato 3. Factura Crédito. 4. Certificado de Cumplimiento Tributario. 5. Acta de recepción final, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibió los bienes y/o servicios con el V° B° del administrador del Contrato. 6 Solicitamos reconsiderar el plazo de pago del ochenta por ciento. El plazo establecido en el Pliego para el pago del saldo no se ajusta al precio de referencia del llamado ya que para ofertar se considerarán intereses elevados, lo cual va en detrimento del Artículo 4 Inciso a) de la Ley 2051/03 que establece lo siguiente: Economía y Eficiencia: Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Sugerimos que los pagos sean realizados de forma directa a 60 días o vía cesión de deudas a bancos de plaza.	30-11-2018	09:43:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:40:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.6 Donde dice RCP mecánico y eléctrico solicitamos que el RCP eléctrico sea opcional	30-11-2018	09:44:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:40:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Colchón, espesor mínimo de 16cm, solicitamos diga Colchón, espesor mínimo de 16cm +/-2cm	30-11-2018	09:44:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:40:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Vemos con extrañeza que estan solicitando que ciertos ecografos vengam acompañados con dos transductores de características similares por equipo. Parecería que la convocante presume negligencia de los operadores de estos equipos o una mala calidad de los transductores, pues normalmente estos equipos solo utilizan un tipo de transductor a la vez por mas que varios esten conectados al mismo.	30-11-2018	09:45:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita de ésta manera debido al desgaste de estos accesorios con el uso normal del equipo y los procesos licitatorios para adquisición de ellos son largos.	27-03-2019	14:41:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7.1 Donde dice alarma sonora y luminosa de falta de energía eléctrica de red, solicitamos que este punto sea opcional teniendo en cuenta que la cama solicitada tiene batería por lo que en caso de falta de energía eléctrica entrará en funcionamiento automáticamente la batería. Además la alarma sería muy molesta al momento de trasladar al paciente	30-11-2018	09:48:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El ítem fue modificado en consultas anteriores	27-03-2019	14:44:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
20.7.2. Alarma sonora y luminosa de batería baja con posibilidad de silenciado, solicitamos que posibilidad de silenciado sea opcional	30-11-2018	09:50:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:44:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4.1 Donde dice: Impresora térmica y con posibilidad de conexión plug and play mediante puerto USB con impresoras a chorro de tinta y láser. Solicitamos amablemente eliminar el requisito de "con posibilidad de conexión plug and play mediante puerto USB con impresoras a chorro de tinta y láser", pues es característica constructiva de una marca en particular, además todo equipo de ECG viene con su impresora térmica incorporada y la necesidad de impresora a chorro de tinta hace presumir negligencia en la provision de papeles de registro del ECG o fragilidad en la impresora térmica incorporada al equipo.	30-11-2018	09:50:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El ítem fue modificado en consultas anteriores	27-03-2019	14:44:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
21.4.13 Donde dice porta historial clínico desmontable y abatible colocado en la piecera, solicitamos dejar este punto como opcional de manera a permitir mayor participación de oferentes	30-11-2018	09:51:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:44:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
21.5.1 Donde dice altura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso sin colchon) Altura mínima 49 cm o más Altura máxima 88 cm o más Solicitamos diga Altura máxima 77 cm o más teniendo en cuenta que el Sistema de Prevención de Caídas determina que la altura más importante para la seguridad del paciente es la altura mínima	30-11-2018	09:51:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:44:55

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 2.15 Asas para traslado y movimientos de la cama. Consulta: Solicitamos a la convocante dejar este punto como opcional ya que lo solicitado es una característica de las camillas de urgencia, no de las camas hospitalarias. No conocemos ningún fabricante que realice asas para traslado en las camas. Las camas de internación disponen de cabeceros y pieceros extraíbles cuyo diseño permite asirlos, y así no hay asas externas que puedan dificultar el movimiento de la cama en su traslado o que puedan golpear al personal médico o acompañantes de manera a permitir mayor cantidad de oferentes.	30-11-2018	09:52:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:45:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
20.5.10. Posiciones Fowler vascular, cardiaco, inclinación lateral. Solicitamos que la inclinación lateral sea opcional	30-11-2018	09:52:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:45:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
21.5.1 Donde dice altura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso sin colchon) Altura mínima 49 cm o más Altura máxima 88 cm o más Solicitamos diga Altura máxima 77 cm o más teniendo en cuenta que el Sistema de Prevención de Caídas determina que la altura más importante para la seguridad del paciente es la altura mínima	30-11-2018	09:52:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:45:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5.1 Donde dice: Cable paciente original con sus respectivos electrodos (pinzas y precordiales desucción). 3 (tres) juegos. Solicitamos aclarar cual es la necesidad de la provisión de tres juegos por equipo, parecería ser que la convocante presume negligencia en los usuarios del equipo o mala calidad de los accesorios requeridos en forma extraordinaria.	30-11-2018	09:52:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicitan 3 juegos debido al desgaste de estos accesorios con el uso normal del equipo y los procesos licitatorios para adquisición de ellos son largos.	27-03-2019	14:45:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
21.5.10. Posiciones Fowler vascular, cardiaco, inclinación lateral. Solicitamos que la inclinación lateral sea opcional	30-11-2018	09:53:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:45:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7.1 Donde dice alarma sonora y luminosa de falta de energía eléctrica de red, solicitamos que este punto sea opcional teniendo en cuenta que la cama solicitada tiene batería por lo que en caso de falta de energía eléctrica entrará en funcionamiento automáticamente la batería. Además la alarma sería muy molesta al momento de trasladar al paciente	30-11-2018	09:53:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:46:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7.2 Alarma sonora y luminosa de batería baja con posibilidad de silenciado, solicitamos que posibilidad de silenciado sea opcional	30-11-2018	09:54:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:46:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.8 Colchón, espesor mínimo de 16cm, solicitamos diga Colchón, espesor mínimo de 16cm +/-2cm	30-11-2018	09:55:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-03-2019	14:46:20

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
8.3 Precisión de la balanza por lo menos 1% solicitamos diga Precisión de la balanza por lo menos 1% o 100gr considerando que cada fabricante especifica la precisión de la balanza de acuerdo a su sistema de medición	30-11-2018	09:57:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:46:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.4 donde dice: Display digital para kV/mA/mAs. Solicitamos amablemente modificar la solicitud eliminando el requisito de la indicación de mA, dejando de la siguiente manera: Display digital para kV/maAs/ y eventualmente código de errores, considerando que en la practica radiologica diaria los valores de kV y mAs son suficientes para la fijación de la Técnica radiológica apropiada para cada espesición.	30-11-2018	09:57:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 14.	27-03-2019	14:46:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 80 - MICROSCOPIO QUIRURGICO En el subitem 80.4.2 dice: Distancia focal continuamente ajustable entre 200 y 500 mm o mayor rango. Respetuosamente al Convocante solicitamos permitir la cotización de: Distancia focal continuamente ajustable entre 250mm (o menor) y 500 mm (o mayor).	08-04-2019	15:14:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:18:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 80 - MICROSCOPIO QUIRURGICO En el subitem 80.4.4 dice: Tubo binocular extensible con angulación de 360°. Creemos que podría tratarse de un error, involuntario, en la transcripción pues consideramos que debería decir: Tubo binocular inclinable con rotación de 240° o mayor.	08-04-2019	15:14:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:21:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 80 - MICROSCOPIO QUIRURGICO En el subitem 80.4.5 dice: Oculares de campo amplio: 10X ó 12.5X". ¿Podría ofertar ocular 16X?.-	08-04-2019	15:15:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:23:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 80 - MICROSCOPIO QUIRURGICO En el subitem 80.4.6 dice: Sistema de autofocus con guía por puntero láser. Respetuosamente al Convocante solicitamos permitir la cotización de: Con o sin Sistema de autofocus con guía por puntero láser	08-04-2019	15:15:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:23:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 80 - MICROSCOPIO QUIRURGICO En el subitem 80.4.6 dice: Sistema de autofocus con guía por puntero láser. Respetuosamente al Convocante solicitamos declarar Opcional este requisito.	08-04-2019	15:18:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:24:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 80 - MICROSCOPIO QUIRURGICO En el subitem 80.4.8 dice: Sistema automático de optimización de la profundidad de campo a través de un diafragma controlado electrónicamente. Respetuosamente al Convocante solicitamos permitir la cotización de: Sistema automático de optimización de la profundidad de campo a través de un diafragma controlado electrónicamente o manualmente.	08-04-2019	15:18:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:25:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

ITEM N° 80 - MICROSCOPIO QUIRURGICO En el subitem 80.5.1 dice: Iluminación coaxial diafragmable en forma continua de dos canales simultáneos Respetuosamente al Convocante solicitamos permitir la cotización de: "Iluminación coaxial diafragmable en forma continua de uno o mas canales	08-04-2019	15:18:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:25:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 80 - MICROSCOPIO QUIRURGICO En el subitem 80.5.3 dice: Control automático de la intensidad de luz en función de la distancia focal. Respetuosamente al Convocante solicitamos permitir la cotización de: Control automático o manual de la intensidad de luz en función de la distancia focal.	08-04-2019	15:19:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:26:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 80 - MICROSCOPIO QUIRURGICO En el subitem 80.5.4 dice: Indicador del tiempo de uso restante de las lámparas. Rogamos a la convocante incorporar el siguiente término: "Indicador del tiempo de uso restante de las lámparas o Indicador de tiempo de uso de las lámparas	08-04-2019	15:19:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:27:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 80 - MICROSCOPIO QUIRURGICO En el subitem 80.6.3 dice: Movimiento en los tres ejes con velocidad variable. Vertical +/- 225° (o más). Lateral +/- 45° (o más). Anterior-Posterior +140° / -30° (o más).- Respetuosamente al Convocante solicitamos permitir la cotización de: Movimiento en los tres ejes con velocidad variable. Vertical +/- 225° (o más). Lateral +/- 40° (o más). Anterior-Posterior +120° / -30° (o más) Estas modificaciones mínimas no afectarán el rendimiento del equipo y permitirán la participación de un mayor número de oferentes.	08-04-2019	15:19:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:28:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 80 - MICROSCOPIO QUIRURGICO En el subitem 80.6.5 dice: Sistema de colocación del cobertor estéril automatizado por bomba de vacío. La colocación de los cobertores es una tarea muy rápida que es realizada por la enfermera, por lo que solicitamos sea declarada opcional este requisito. El sistema automatizado encarece innecesariamente el valor de este equipo.	08-04-2019	15:20:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:28:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 80 - MICROSCOPIO QUIRURGICO En el subitem 80.6.5 dice: Sistema de colocación del cobertor estéril automatizado por bomba de vacío. Respetuosamente al Convocante solicitamos declarar Opcional este requerimiento.	08-04-2019	15:20:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:30:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 80 - MICROSCOPIO QUIRURGICO En el subitem 80.6.7 dice: Monitor táctil de alta definición (HD) de 22 pulgadas o mayor. Respetuosamente al Convocante solicitamos permitir la cotización de: Monitor táctil de alta definición (HD) de 19 pulgadas o mayor.	08-04-2019	15:21:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:31:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 80 - MICROSCOPIO QUIRURGICO En el subitem 80.6.12 dice: Entrada de video para visualización de imágenes de diagnóstico auxiliares (endoscopias) por el cirujano y su co observador en sus binoculares. Respetuosamente al Convocante solicitamos permitir la cotización de: Entrada de video para visualización de imágenes de diagnóstico auxiliares (endoscopias) por el cirujano y su co observador en sus binoculares o en la pantalla del monitor.	08-04-2019	15:21:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:32:26

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 80 - MICROSCOPIO QUIRURGICO En el subitem 80.7.1 dice: Base con al menos 4 ruedas con trabas de dirección, protectores de cables. Freno de la base de accionamiento y liberación a pedal. Respetuosamente al Convocante solicitamos permitir la cotización de: Base con al menos 4 ruedas con trabas de dirección, protectores de cables. Freno de la base de accionamiento y liberación a pedal o frenos en cada una de las 4 ruedas.	08-04-2019	15:21:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:33:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5.6 Sistema de documentación, Grabador/Reproductor de DVD con sus respectivos cables de conexión. ¿Se podría cotizar un Sistema de documentación mediante memoria interna o externa y/o Grabador/Reproductor de DVD con sus respectivos cables de conexión?	08-04-2019	16:00:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:33:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14. 4.3.4 Indicador de cambio de lámpara por horas de uso ¿Podría considerarse este numeral como opcional.	08-04-2019	16:02:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:34:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda N° 14. 4.5.6 Velocidad de funcionamiento hasta 15.000rpm o más. ¿Podría cotizarse hasta 8.000rpm o más?	08-04-2019	16:03:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:34:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda N° 14 4.5.7.13 Una hoja de sierra de ancho de hoja dentro del rango de 9 a 11mm, longitud útil 22mm como mínimo. ¿Podría cotizarse Una hoja de sierra de ancho de hoja dentro del rango de 9 a 12mm, longitud útil 22mm como mínimo?	08-04-2019	16:05:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:35:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Referente al plazo de entrega de los equipos, solicitamos respetuosamente a la convocante que sea extendido dicho plazo a 120 días, teniendo en cuenta que la gran cantidad de equipos requeridos , obliga a incurrir en un proceso de importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de tramites aduaneros. De manera a no limitar la presentación de potenciales oferentes.	08-04-2019	16:06:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:39:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1.15 Set para sutura de menisco vía artroscópica ¿Podrían detallar mejor los componentes del set solicitado?	08-04-2019	16:07:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Debe ser sistema dentro, Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:40:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 5.1.16 Set de instrumentos para artroscopia de hombro ¿Podrían detallar mejor los componentes del set solicitado?	08-04-2019	16:08:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:41:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Punto 4.13 Porta historial clínico desmontable y abatible colocado en la piecera. Consulta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de cotizar mesa para escribir que se coloca en el piecero, es desmontable, e incluye un cesto porta historiales, para permitir la participación de mas oferentes.	08-04-2019	16:08:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:42:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.15.5 Solicitan el certificado de calidad de cumplimiento de normativas del colchon de CE MDD 93/42/EEC Clase, dispositivos medicos. Consulta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de presentar otros certificados del colchon, como ISO/TS16949, ISO 9001, ya que en varios paises el colchon no se concidera dispositivos medicos por lo que no se emiten CE, de manera a dar mayor oportunidad a mas oferentes.	08-04-2019	16:09:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:43:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 5.2 Set para artroscopia de cadera 5.2.1 al 5.2.14 Existen muchos instrumentos cuyas medidas no corresponden a un set de cadera y tal como está solicitado no sería funcional. ¿Podrían corregir las especificaciones?	08-04-2019	16:10:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:44:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 5.3 Set de instrumentales para artroscopia de columna 5.2.1 al 5.2.14 ¿Podrían brindar mejores especificaciones de lo solicitado, a los efectos de entregar instrumentos que resulten funcionales a los profesionales?	08-04-2019	16:13:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:45:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 5.2 al 5.5 ¿Podrían elaborar mejor las Especificaciones técnicas, a los efectos de adquirir instrumentales que sean funcionales a lo solicitado, teniendo en cuenta que tal como está elaborado, muchos de los instrumentales no serian utilizados y faltarían muchos otros para completar cada set?	08-04-2019	16:16:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:45:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 5.1.3 ¿Se podría cotizar angulado a derecha de 30 o más?	08-04-2019	16:17:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:47:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.12 Asas para traslado y movimientos de la cama abatible Consulta: Solicitamos a la convocante dejar este punto como opcional ya que lo solicitado es una característica de las camillas de urgencia, no de las camas hospitalarias. No conocemos ningún fabricante que realice asas para traslado en las camas. Las camas de internacion disponen de cabeceros y pieceros extraibles cuyo diseño permite asirlos, y así no hay asas externas que puedan dificultar el movimiento de la cama en su traslado o que puedan golpear al personal médico o acompañantes de manera a permitir mayor cantidad de oferentes	08-04-2019	16:18:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:48:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.13 Porta historial clínico desmontable y abatible colocado en la piecera. Consulta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de cotizar mesa para escribir que se coloca en el piecero, es desmontable, e incluye un cesto porta historiales, para permitir la participación de mas oferentes.	08-04-2019	16:18:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:49:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 5.4.5 ¿Se podría cotizar longitud de gancho de 1mm o mayor?	08-04-2019	16:19:23

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:50:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 6.5 Punto ,solicitan el certificado de calidad de cumplimiento de normativas del colchón de CE MDD 93/42/EEC Clase, dispositivos medicos. Consulta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de presentar otros certificados del colchon, como ISO/TS16949, ISO 9001, ya que en varios paises el colchon no se concidera dispositivos medicos por lo que no se emiten CE, de manera a dar mayor oportunidad a mas oferente.	08-04-2019	16:19:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:51:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 4.11.4 ¿Podría cotizarse con Altura Mínima 69 o menos?	08-04-2019	16:21:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:52:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 4.1 ¿Podría cotizarse Estructura en acero inoxidable AISI 304 y/o acero al carbono?	08-04-2019	16:22:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:53:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 4.12 ¿Podría cotizarse con dimensiones mínimas: Altura 0.80m incluyendo ruedas, Ancho 0.62m, Profundidad: 0.49m?	08-04-2019	16:23:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:54:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 6.1 ¿Podría cotizarse Estructura en acero inoxidable AISI 304 y/o acero al carbono?	08-04-2019	16:24:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:56:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1.4 Considerando que lo solicitado se estaría utilizando con endoscopios rígidos, este numeral NO debería ser opcional, ya que sino se cuenta con el cabezal, no se podrían utilizar los endoscopios de los numerales 4.6.1, 4.6.2 y 4.6.3 al menos que el IPS cuente con un cabezal para tal efecto.	08-04-2019	16:28:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:57:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 4.5.5 SiGrabador/Reproductor de DVD con s cables de conexión y al menos 100 (cien) discos DVD. ¿Se podría cotizar un Sistema de documentación mediante memoria interna o externa y/o Grabador/Reproductor de DVD con sus cables de conexión?	08-04-2019	16:30:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:58:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 4.5 ¿Se podría cotizar con campo luminoso regulable entre 30 +-10mm a 150 +-10mm?	08-04-2019	16:32:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	10:59:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 4.10 ¿Se podría cotizar con acolchado a prueba de agua de la menos 6.9cm?	08-04-2019	16:34:28
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:00:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla al menos 50cm en total ¿Se podría cotizar con al menos 30cm en total o mejor?	08-04-2019	16:35:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:01:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 4.10 ¿Se podría cotizar con acolchado a prueba de agua de la menos 6.9cm?	08-04-2019	16:36:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:02:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla al menos 50cm en total ¿Se podría cotizar con al menos 30cm en total o mejor?	08-04-2019	16:36:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:03:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 4.10 ¿Se podría cotizar con acolchado a prueba de agua de la menos 6.9cm?	08-04-2019	16:37:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:06:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla al menos 50cm en total ¿Se podría cotizar con al menos 30cm en total o mejor?	08-04-2019	16:37:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:07:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: . Soporte técnico capacitado, demostrable mediante certificados del fabricante de los equipos ofertados, legalizados por consulado del país de origen Consulta: Solicitamos respetuosamente a la convocante poder presentar el certificado del fabricante para la apertura de ofertas una copia simple y en caso de ser adjudicado para la firma del contrato presentar la documentación legalizado por el consulado del país de origen y así dar oportunidad a mas oefrentes.	08-04-2019	16:38:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:10:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 4.10 ¿Se podría cotizar con acolchado a prueba de agua de la menos 6.9cm?	08-04-2019	16:38:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:13:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla al menos 50cm en total ¿Se podría cotizar con al menos 30cm en total o mejor?	08-04-2019	16:38:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:14:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 75 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA Dice en el numeral 75.4.8 Largo de la mesa: 210 ± 10 cm.. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Largo de la mesa: 210 o mas.	08-04-2019	16:41:18
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:17:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4 Características 4.1 al 4.8 Solicitamos tengan a bien corregir las especificaciones, considerando que en el numeral 5 solicitan todos los accesorios para un nefroscopio rígido, contrario a lo solicitado en los numerales 4.1 al 4.8. Tal como está redactado no será funcional.	08-04-2019	16:41:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:18:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 75 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA Dice en el numeral 75.4.10 Acolchados a prueba de agua de al menos 7 cm adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Resistencia mínima: 250 kg. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Acolchados a prueba de agua de al menos 5 cm adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Resistencia mínima: 250 kg.	08-04-2019	16:41:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:20:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 75 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA Dice en el numeral 75.5.5 Angulación vertical de la sección piernas: de -90° a +20° (eléctrica). Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Angulación vertical de la sección piernas: de -90° a +20° o mayor (eléctrica).	08-04-2019	16:42:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:21:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 75 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA Dice en el numeral 75.5.6 Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 90° (ambas secciones manual). Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 90° o mayor (ambas secciones manual).	08-04-2019	16:42:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:22:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 75 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA Dice en el numeral 75.5.7 Angulación vertical de la sección cabeza: De -45° a +45° (manual). Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Angulación vertical de la sección cabeza: De -30° a +30° o mayor (manual).	08-04-2019	16:43:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:23:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 75 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA Dice en el numeral 75.5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50 cm en total. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 40 cm en total.	08-04-2019	16:43:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:24:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 75 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA Dice en el numeral 75.5.11 Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos en caso de falla. ¿a qué se refiere este sistema? ¿Se refiere al uso de la batería en caso de corte de suministro eléctrico?	08-04-2019	16:44:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a un sistema ubicado en la base de la mesa que puede comandar los movimientos de la misma ante fallas eléctricas. Remitirse a Adenda N° 22.	27-05-2019	11:27:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Item 6.4.3 Solicitan que las pantallas sean del tipo AMOLED, Normalmente los monitores Multiparamétricos no utilizan ese tipo de tecnología de pantallas. Solicitamos permitan cotizar pantallas del tipo LCD/TFT o AMOLED debido a que son tecnologías totalmente distintas.	08-04-2019	16:44:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:28:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 4.2 Angulación total de la punta 180° hacia arriba o más, 170° hacia abajo o más ¿Se podría cotizar angulación total de la punta 180° hacia arriba o más, 140° hacia abajo o más?	08-04-2019	16:44:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:28:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6.4.7 La función Fulldisclosure normalmente permite la visualización de hasta 5 curvas fisiológicas simultaneas, y no 6 como piden. Solicitamos permitan cotizar función full Disclosure con visualización de 5 curvas fisiológicas simultaneas.	08-04-2019	16:45:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:29:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 76 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE DE CRANEO Dice en el numeral 76.4.8 Largo de la mesa: 210 ± 10 cm.. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Largo de la mesa: 210 o más.	08-04-2019	16:45:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:31:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.3 Canal de trabajo de 6,2Fr. ¿Se podría cotizar con canal de trabajo de 6.2 a 7Fr. o Charr?	08-04-2019	16:45:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:32:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 76 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE DE CRANEO Dice en el numeral 76.4.10 Acolchados a prueba de agua de al menos 7 cm adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Resistencia mínima: 250 kg. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Acolchados a prueba de agua de al menos 5 cm adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Resistencia mínima: 250 kg.	08-04-2019	16:46:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:34:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 76 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE DE CRANEO Dice en el numeral 76.5.5 Angulación vertical de la sección piernas: de -90° a +20° (eléctrica). Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Angulación vertical de la sección piernas: de -90° a +20° o mayor (eléctrica).	08-04-2019	16:46:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:34:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6.5.7 Capnografía, normalmente los sistema de CO2 del tipo mainstream monitorizan el CO2 espirado del paciente, no hacen el inspirado y espirado, para obtener el valor del CO2 inspirado se necesitan costosos módulos analizadores de gases. Solicitamos permitan cotizar módulos de capnografía que tengan despliegue de curvas y valores numéricos espirados.	08-04-2019	16:46:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:35:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

ITEM N° 76 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE DE CRANEO Dice en el numeral 76.5.6 Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 90° (ambas secciones manual). Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 90° o mayor (ambas secciones manual).	08-04-2019	16:46:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:36:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 76 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE DE CRANEO Dice en el numeral 76.5.7 Angulación vertical de la sección cabeza: De -45° a +45° (manual). Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Angulación vertical de la sección cabeza: De -30° a +30° o mayor (manual).	08-04-2019	16:47:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:37:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6.5.8, Electroencefalograma. Solicitan 81 módulos de electroencefalograma, este parámetro normalmente se utiliza en casos muy complejos, no en todos los pacientes, además son módulos muy costosos, normalmente se adquiere una cantidad mínima por el total de equipos. Por tal motivo sugerimos soliciten 16 módulos de electroencefalograma por el total de 81 monitores Multiparamétricos.	08-04-2019	16:47:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:38:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 76 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE DE CRANEO Dice en el numeral 76.5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50 cm en total. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 40 cm en total.	08-04-2019	16:47:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:40:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 76 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE DE CRANEO Dice en el numeral 76.5.11 Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos en caso de falla. ¿a qué se refiere este sistema? ¿Se refiere al uso de la batería en caso de corte de suministro eléctrico?	08-04-2019	16:48:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a un sistema ubicado en la base de la mesa que puede comandar los movimientos de la misma ante fallas eléctricas. Remitirse a adenda N° 22.	27-05-2019	11:42:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6.7.6 Donde Dice, de acuerdo a la tecnología del equipo, Cinco sensores reusables, cinco adaptadores de las vías aéreas reusables, Diez trampas de agua y cualquier otro adaptador necesario para CO2. Líneas de toma de muestra para pacientes intubados, Cantidad 25, Líneas de toma de muestra para pacientes no intubados, Cantidad 25 La tecnología Smart Cable desarrollada por Nihon Kohden es única, innovadora y patentada ya que incluye el módulo, cable y el sensor, todo en una pieza integrada para la medición de CO2. No es la tradicional tecnología MODULO+SENSOR como en todas las otras marcas, en las cuales el sensor tradicional puede ser remplazado por el usuario en la UTI. Así como de acuerdo a la tecnología del equipo Nihon Kohden no se requieren trampas de agua, tampoco se requieren de sensores reutilizables, ya que como se explica más arriba todo se encuentra incorporado al módulo en una sola pieza inseparable la cual la compañía Nihon Kohden comercializa únicamente de esta forma. Por lo expresado más arriba solicitamos nos permitan cotizar solamente 1 módulo de CO2 (Smart Cable) por equipo.	08-04-2019	16:48:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:46:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6.7.7 Donde dice: Para medición de la presión invasiva incluir al menos: Dos cables troncales para transductor. Cien domos desechables o Cien kits de transductor desechable, por cada canal. Solicitan 100 kits de transductor desechable por cada canal, en el ítem 6.5.6.1 piden al menos 3 canales de IBP, o sea en el total de equipos se entiende que se debe proveer 24.300 unidades de transductores desechables, creemos que es una cantidad exagerada, sugerimos soliciten 10 kits de transductores desechables por cada canal.	08-04-2019	16:48:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:48:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

ITEM N° 77 - MESA QUIRÚRGICA Dice en el numeral 77.4.8 Largo de la mesa: 210 ± 10 cm.. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Largo de la mesa: 210 o más.	08-04-2019	16:48:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:50:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 77 - MESA QUIRÚRGICA Dice en el numeral 77.4.10 Acolchados a prueba de agua de al menos 7 cm adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Resistencia mínima: 250 kg. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Acolchados a prueba de agua de al menos 5 cm adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Resistencia mínima: 250 kg.	08-04-2019	16:49:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:56:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 77 - MESA QUIRÚRGICA Dice en el numeral 77.5.5 Angulación vertical de la sección piernas: de -90° a +20° (eléctrica). Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Angulación vertical de la sección piernas: de -90° a +20° o mayor (eléctrica).	08-04-2019	16:49:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	11:57:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 77 - MESA QUIRÚRGICA Dice en el numeral 77.5.6 Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 90° (ambas secciones manual). Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 90° o mayor (ambas secciones manual).	08-04-2019	16:49:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:16:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 4.2.1 Cabezal de cámara de 1 o 3 Chip ultraligero, con peso menor a 70gr con capacidad HD o mejor ¿Se podría cotizar Cabezal de cámara de 1 o 3 Chip ultraligero, con peso menor a 150gr con capacidad HD o mejor?	08-04-2019	16:49:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:18:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 77 - MESA QUIRÚRGICA Dice en el numeral 77.5.7 Angulación vertical de la sección cabeza: De -45° a +45° (manual). Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Angulación vertical de la sección cabeza: De -30° a +30° o mayor (manual).	08-04-2019	16:50:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:18:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 77 - MESA QUIRÚRGICA Dice en el numeral 77.5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50 cm en total. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 40 cm en total.	08-04-2019	16:50:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:19:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 77 - MESA QUIRÚRGICA Dice en el numeral 77.5.11 Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos en caso de falla. ¿a qué se refiere este sistema? ¿Se refiere al uso de la batería en caso de corte de suministro eléctrico?	08-04-2019	16:50:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a un sistema ubicado en la base de la mesa que puede comandar los movimientos de la misma ante fallas eléctricas. Remitirse a adenda N° 22.	27-05-2019	14:22:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

ITEM N° 78 - MESA QUIRÚRGICA Dice en el numeral 78.4.8 Largo de la mesa: 210 ± 10 cm.. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Largo de la mesa: 210 o más.	08-04-2019	16:51:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:23:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 78 - MESA QUIRÚRGICA Dice en el numeral 78.4.10 Acolchados a prueba de agua de al menos 7 cm adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Resistencia mínima: 250 kg. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Acolchados a prueba de agua de al menos 5 cm adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Resistencia mínima: 250 kg.	08-04-2019	16:51:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:24:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 78 - MESA QUIRÚRGICA Dice en el numeral 78.5.5 Angulación vertical de la sección piernas: de -90° a +20° (eléctrica). Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Angulación vertical de la sección piernas: de -90° a +20° o mayor (eléctrica).	08-04-2019	16:52:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:25:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 78 - MESA QUIRÚRGICA Dice en el numeral 78.5.6 Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 90° (ambas secciones manual). Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 90° o mayor (ambas secciones manual).	08-04-2019	16:52:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:26:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 78 - MESA QUIRÚRGICA Dice en el numeral 78.5.7 Angulación vertical de la sección cabeza: De -45° a +45° (manual). Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Angulación vertical de la sección cabeza: De -30° a +30° o mayor (manual).	08-04-2019	16:52:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:28:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 4.2.4 Lente zoom parfocal integrado con focos de al menos 25mm a 50mm ¿Se podría cotizar con lente zoom parfocal integrado o foco fijo de al menos 15 a 50mm?	08-04-2019	16:52:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:28:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 78 - MESA QUIRÚRGICA Dice en el numeral 78.5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 50 cm en total. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 40 cm en total.	08-04-2019	16:52:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:31:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 78 - MESA QUIRÚRGICA Dice en el numeral 78.5.11 Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos en caso de falla. ¿a qué se refiere este sistema? ¿Se refiere al uso de la batería en caso de corte de suministro eléctrico?	08-04-2019	16:53:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a un sistema ubicado en la base de la mesa que puede comandar los movimientos de la misma ante fallas eléctricas. Remitirse a adenda N° 22.	27-05-2019	14:33:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Adenda 14. 4.3.4 Indicador de cambio de lámpara por horas de uso ¿Podría considerarse este numeral como opcional?	08-04-2019	16:53:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:33:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 4.5.6 Sistema de documentación, Grabador/Reproductor de DVD con sus respectivos cables de conexión. ¿Se podría cotizar un Sistema de documentación mediante memoria interna o externa y/o Grabador/Reproductor de DVD con sus respectivos cables de conexión?	08-04-2019	16:54:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:34:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 101 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA Dice en el numeral 101.4.2 Funciones de regulación automática de potencia de acuerdo al tejido controladas por microprocesador o microcontrolador. Regulación del Arco voltaico. Respetuosamente solicitamos al Convocante declarar opcional la parte que dice: Regulación del Arco voltaico.	08-04-2019	16:54:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:37:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 101 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA Dice en el numeral 101.4.15 El equipo deberá presentar compatibilidad con módulo de gas de argón. Por favor aclarar ¿se debe proveer con módulo de gas de argón? O simplemente debemos afirmar que es compatible con módulo de gas de argón.	08-04-2019	16:55:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:38:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 101 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA Dice en el numeral 101.4.16 Rango de memoria y/o configuración para usuarios de por lo menos 100 espacios. Respetuosamente solicitamos al Convocante permita la cotización con: Rango de memoria y/o configuración para usuarios de por lo menos 10 espacios.	08-04-2019	16:55:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:39:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 Solicitamos excluir o considerar como opcional los numerales 5.1.4, 5.1.5 y 5.1.6, considerando que los mismos no forman parte del equipo de RTU, sino de un histeroscopio.	08-04-2019	16:55:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:39:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 101 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA Dice en el numeral 101.5.1 Carro original para transporte del equipo. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: Carro para transporte del equipo. Los fabricantes de electrobisturí no fabrican sus carros, por esta razón pedimos esta modificación.	08-04-2019	16:55:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:41:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 101 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA Dice en el numeral 101.5.6 Lápices desechables con control de corte y coagulación. Cantidad: 500 (quinientas) unidades o más. Respetuosamente solicitamos al Convocante disminuir a 100 (cien) la cantidad de lápices solicitados, pues el precio referencial no considera tanta cantidad de descartables.	08-04-2019	16:55:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:42:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

ITEM N° 101 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA Dice en el numeral 101.5.7 Placas dobles desechables con gel húmedo para adulto. Cantidad: 1000 (mil) unidades o más. Respetuosamente solicitamos al Convocante disminuir a 200 (doscientos) la cantidad de Placas dobles, pues el precio referencial no considera tanta cantidad de descartables.	08-04-2019	16:56:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:44:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 4.3.1 y 4.3.2 Solicitamos excluir la necesidad de provisión de lámparas de repuesto o que las mismas sean opcionales	08-04-2019	16:57:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:45:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14. 4.3.4 Indicador de cambio de lámpara por horas de uso ¿Podría considerarse este numeral como opcional.	08-04-2019	16:57:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:45:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 4.7.4 Imagen Tipo H ¿Podría considerarse este punto como opcional?	08-04-2019	16:59:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:46:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 4.8 Equipo de irrigación y aspiración Solicitamos excluir el numeral 4.8 ya que estas características no corresponden a un equipo para uso con la torre de videocolonoscopio.	08-04-2019	17:01:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:47:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 10.3 ¿Podría cotizarse con longitud útil de 13cm como mínimo?	08-04-2019	17:03:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se encuentra dentro del rango establecido por lo tanto se puede cotizar.	27-05-2019	14:48:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda 14 6.5 Grabador/Reproductor de DVD con cables de conexión ¿Se podría cotizar un Sistema de documentación mediante memoria interna o externa y/o Grabador/Reproductor de DVD con sus cables de conexión?	08-04-2019	17:05:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:49:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Podrían mejorar las especificaciones, tal como está redactado podría ser no funcional?	08-04-2019	17:09:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:49:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 63 – FRONTOLUZ Dice en el numeral 63.4.1. Iluminación de al menos 32.000 lux o mejor con una distancia de trabajo de 250 mm.- A fin de dar mayor oportunidad de participación, respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: 63.4.1. Iluminación de al menos 32.000 lux o mejor con una distancia de trabajo de 180 mm o mayor.-	08-04-2019	17:10:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:50:47
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM N° 63 – FRONTOLUZ Dice en el numeral 63.4.2. Temperatura de color de al menos 6. 000 Kelvin.- A fin de dar mayor oportunidad de participación, respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: 63.4.2. Temperatura de color de al menos 4. 000 Kelvin.-		08-04-2019	17:10:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	14:52:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM N° 63 – FRONTOLUZ Dice en el numeral 63.4.14. Tiempo de servicio 4 horas. A fin de dar mayor oportunidad de participación, respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: 63.4.14. Tiempo de servicio 3 horas o mas.		08-04-2019	17:11:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	14:53:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Adenda 14 4.1.3 Salidas de Video: DVI, SDI, S-Video con capacidad HDTV ¿Se podría cotizar con salidas de Video: DVI, SDI, S-Video con capacidad HDTV al menos 2 de ellos?		08-04-2019	17:24:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	14:54:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Adenda 14 4.1.7 Salidas de Video: DVI, SDI, S-Video por lo menos ¿Se podría cotizar con salidas de Video: DVI, SDI, S-Video con al menos 2 de ellos? Los procesadores con tecnología HD no cuentan con salidas analógicas o se S-Video.		08-04-2019	17:26:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	14:54:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Adenda 14 4.1.8 Salidas de Señal compuesta: RGB, DV y S-Video. Deberá proveer todos los cables por cada tipo de salida para su conexión ¿Se podría cotizar con salidas de Video: RGB, DVI, SDI, S-Video con al menos 2 de ellos? Los procesadores con tecnología HD no cuentan con salidas analógicas o se S-Video.		08-04-2019	17:28:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	14:55:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Adenda 14 2.2 Salidas de Video: DVI, SDI, S-Video con capacidad HDTV ¿Se podría cotizar con salidas de Video: DVI, SDI, S-Video con capacidad HDTV, al menos 2 de ellos? Los procesadores con tecnología HD no cuentan con salidas analógicas o sea S-Video.		08-04-2019	17:30:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	14:56:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Adenda 17 DICOM Considerando que algunas funciones o licencias DICOM solicitadas, son propias más bien del software del PACS instalado, y no del equipo grabador de imágenes de las Torres, solicitamos modificar la especificación por lo siguiente: LICENCIAS INCLUIDAS: DICOM 3.0 SEND/RETRIEVE DICOM 3.0 QUERY/RETRIEVE DICOM 3.0 DICOM PRINT. DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT DICOM 3.0 MODALITY WORKLIST DICOM 3.0 MPPS Como mínimo, 3 de ellos.		08-04-2019	17:34:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	14:57:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos excluir este requisito de los ítems 83 Nefroscopio, 102 Cistoureteroscopia Flexible y 108 Endoscopia - Mediatinoscopio, considerando que se solicitan instrumentales y no equipos de imágenes, que requieran dichas Licencias.		08-04-2019	17:37:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	14:58:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

El precio referencial actual es de Gs 387.659.538, el cual es un monto muy inferior a lo esperado para un equipo de la complejidad solicitada en las EETT. Tomando como referencia los precios de los equipos adquiridos por la institución y que se encuentran en servicio en el 7mo piso, las cuales son de la misma complejidad que lo solicitado, el monto de adquisición de los mismos fue de Gs. 555.855.826 y ese monto fue en el 2016. Solicitamos: Actualizar el precio referencial para poder elaborar una oferta acorde a lo solicitado, recomendamos subir el monto referencial a Gs. 570.000.000.	08-04-2019	18:10:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
EL oferente deberá remitirse a los Precios Referenciales modificados en el SICP.	27-05-2019	14:58:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El precio referencial actual es de Gs 66.833.333, este monto no se encuentra acorde con las especificaciones solicitadas, ya que las mismas son de un equipo de alta complejidad. En las especificaciones piden muchos accesorios y módulos que encarecen de sobremanera la oferta, como son los accesorios para presión invasiva, la cantidad de sensores de temperatura y las opciones de Capnografía y Electroencefalograma. Solicitamos: Actualizar el precio referencial para poder elaborar una oferta acorde a lo solicitado, recomendamos subir el monto referencial 160.000.000.	08-04-2019	18:10:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:59:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.2 solicitan Pantalla de 15 pulgadas como mínimo Solicitamos: La Convocante modifique este punto por Pantalla de 12 pulgadas como mínimo o que permita la participación de oferentes que cuentan con Pantallas de 12 pulgadas El tamaño no afecta la funcionalidad del equipo y si se cumple con todos los demás parámetros no vemos la necesidad de solicitar un equipo con esas especificaciones. Muchos equipos de las terapias del IPS son de 10 o más pulgadas y pueden visualizar todos los parámetros solicitados en este pliego.	08-04-2019	18:10:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:00:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4 solicitan Manipuleo y control directamente al menos por pantalla táctil. Solicitamos: La Convocante modifique este punto por Manipuleo y control directamente al menos por pantalla táctil o mando rotatorio o que permita la participación de oferentes que cuentan con Control con mando rotatorio. Esta es una especificación que no afecta el funcionamiento del equipo. Cumpliendo con todos los demás puntos solicitados este punto no afecta en nada la funcionalidad del equipo.	08-04-2019	18:11:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:02:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7.5 solicitan Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de 10 puntas para despliegue simultáneo de las 12 derivaciones para calidad diagnóstica. Solicitamos: La Convocante modifique este punto por Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de 6 o más puntas para despliegue simultáneo de las 12 derivaciones.	08-04-2019	18:11:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:03:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7.5 solicitan Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de 10 puntas para despliegue simultáneo de las 12 derivaciones para calidad diagnóstica. Solicitamos: La Convocante modifique este punto por Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de 6 o más puntas para despliegue simultáneo de las 12 derivaciones. Existen tecnologías nuevas que permiten determinar las 12 derivadas de ECG con solo 6 puntas. Un cable de 10 puntas implica un gasto innecesario y no hace más que encarecer la oferta. En el caso de necesitar un ECG de calidad diagnóstica, esto debe realizarse con Electrocardiógrafo.	08-04-2019	18:12:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:04:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7.7 solicitan Para medición del EEG: cable interfase para 4 canales con un juego de electrodos reusables para adulto. Solicitamos: La Convocante modifique este punto por Para medición del EEG: cable interfase para 4 canales con un juego de electrodos desechables para adulto. Es recomendable que todos los electrodos utilizados para mediciones, tanto de ECG, como de BIS y de EEG sean desechables, de modo a evitar la contaminación cruzada entre pacientes. Tal así que existen marcas que no disponen de estos electrodos reutilizables, por lo que sería imposible presentar una oferta con lo solicitado.	08-04-2019	18:12:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:05:20

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.5 solicitan Conectividad a la red de monitoreo. (Conexión con o sin cables). Deberá además contar con la opción de conectarse a futuro con la central de monitoreo y redes intrahospitalarias a través de una computadora incorporada al monitor que permita al usuario acceder al PACS, HIS, RIS, etc. Pudiendo consultar en la pantalla del monitor estudios tomográficos, radiológicos, laboratoriales, etc. Así como datos estadísticos/ administrativos, etc. Solicitamos: La Convocante modifique este punto por Conectividad a la red de monitoreo. (Conexión con o sin cables). Deberá además contar con la opción de conectarse a futuro con la central de monitoreo y redes intrahospitalarias a través de una computadora incorporada al monitor que permita al usuario acceder al PACS, HIS, RIS, etc.. Para poder visualizar estudios de imágenes como las solicitadas en este punto, se requieren de monitores especiales en los cuales se puedan ver y analizar las imágenes de modo a poder realizar un diagnóstico certero. Los monitores Multiparamétricos por lo general son monitores que se utilizan para la visualización de curvas y números, por lo que no cuentan con estas prestaciones, para poder realizar eso se debe configurar una pantalla por separado del equipo.	08-04-2019	18:12:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:06:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 11.3 solicitan Filtro de bacterias reusables Solicitamos: La Convocante modifique este punto por Filtro de bacterias desechable. Cantidad: al menos 25 (veinticinco) por cada equipo. Consideramos que lo solicitado es una equivocación ya que los filtros de bacterias utilizados con los ventiladores son desechables. No existen filtros de bacterias reusables, ya que esto sería un causal de riesgo de infección para el paciente.	08-04-2019	18:13:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:07:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 10.10 solicitan Filtro exhalatorio de bacterias reusables Solicitamos: La Convocante modifique este punto por Filtro de bacterias desechable. Cantidad: al menos 25 (veinticinco) por cada equipo. Consideramos que lo solicitado es una equivocación ya que los filtros de bacterias utilizados con los ventiladores son desechables. No existen filtros de bacterias reusables, ya que esto sería un causal de riesgo de infección para el paciente.	08-04-2019	18:13:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:08:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El precio referencial actual es de Gs 415.000.000, el cual es un monto muy inferior a lo esperado para un equipo de alta complejidad más accesorio como solicitan en las EETT. Solicitamos: Actualizar el precio referencial para poder elaborar una oferta acorde a lo solicitado, recomendamos subir el monto referencial a Gs. 550.000.000.	08-04-2019	18:14:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
EL oferente deberá remitirse a los Precios Referenciales modificados en el SICP.	27-05-2019	15:09:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En los puntos 4.6.1, 4.6.2 y 4.6.3 solicitan Accesorios Reusables. Solicitamos: La Convocante modifique estos puntos por Accesorios Desechables quedando estos puntos de la siguiente manera: 4.6.1 – 30 (treinta) Circuitos descartables para pacientes adultos. 4.6.2 – 30 (treinta) Circuitos descartables para pacientes pediátricos. 4.6.3 – 30 (treinta) Circuitos descartables para pacientes neonatos. Ya que los Circuitos reusables no son recomendados para estudios en MRI, ya que los mismos son pesados y podrían producir desconexiones del paciente al equipo, y también al ser reutilizables aumenta el riesgo de contaminación cruzada entre pacientes. Por esa razón existen marcas que no fabrican circuitos reusables para estos equipos, por lo que sería imposible cotizar los accesorios solicitados.	08-04-2019	18:14:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:09:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3.1 solicitan Diámetro de campo de luz ajustable de 200 mm o mayor Solicitamos: La Convocante modifique este punto por Diámetro de campo de luz de 200 mm o mayor Ya que el punto citado no quedaba del todo claro y podría ser motivo de conflictos ya que no todos los equipos son capaces de ajustar el campo de luz, pero sí cumplen con el diámetro solicitado.	08-04-2019	18:14:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:10:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se detalla en el 4.1.1 Unidad de Control de cámara, sistema color multinorma. Solicitamos si este se refiere a 4.1.1 Unidad de procesamiento de imágenes, sistema color. Lo detallado o solicitado en la Adenda 14 hace referencia a una Torre de Laparoscopia.	08-04-2019	18:24:23
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:12:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se detalla 4.1.4. Filtro Anti-moiré. Solicitamos si este puede ser Opcional ya que se trata de un filtro que llevan los cabezales de camara de las Torres de Laparoscopia.	08-04-2019	18:24:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:14:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se detalla 4.1.5. Equilibrado automático de blancos con función de grabación. Solicitamos que sea opcional este punto ya que al solicitar con fuente de luz LED este punto no aplica. Solo en caso de pedir con lámpara xenon .	08-04-2019	18:25:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:15:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se detalla 4.1.9. Lente Zoom Parfocal integrado. Solicitamos que este punto sea opcional ya que se refiere a las lentes de cabezales de camara solicitado en el punto 4.2 Cabezal de camara (OPCIONAL)	08-04-2019	18:25:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:16:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se detalla en el punto 4.3.1. Luz fría con tecnología LED. Deberá proveer 2 unidades de lámparas de repuesto. Solicitamos sacar las 2 unidades de repuestos ya que las lamparas LED son de 6 años de uso (la fabrica garantiza 6 años de fabrica) o de lo contrario solicitar solo una unidad .	08-04-2019	18:26:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:17:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se detalla en el punto 4.3.2. Temperatura de color de 6000 K o más. Incluir 3 (tres) lámparas adicionales de repuesto por cada equipo. Solicitamos sacar las 3 lamparas de repuesto ya que se solicitan en el punto 4.3.1.	08-04-2019	18:26:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:18:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se detalla en el punto 4.3.4. Indicador de cambio de lámpara por horas de uso. Solicitamos que el indicador de lampara sea opcional porque las tecnoclogias modernas que usan multiples lamparas LED (4 led) simultaneamente no necesitan un indicador decambio lampara ya que el equipo administra de forma autonoma las 4 lamparas y siempre las esta conmutando de acuerdo a las necesidades de luz. Por lo que solicitamos que sea: Indicador de cambio de lámpara (opcional) y con indicador de horas de uso.	08-04-2019	18:27:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:19:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se detalla en el punto 4.5.2 Paneles divisores para los equipos, dos puertas con llave y una gaveta. Solicitamos que sea opcional dicho punto con dos puertas y gaveta ya que la procesadora como la fuente de luz poseen de extractores y ventiladores para extraer el calor y las catacteristicas de carro en PBC impide que el equipo no se refrigere según las normas o protocolos de fabrica.	08-04-2019	18:27:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:20:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que se verifiquen los puntos 4.8.1. a 4.8.5.4 se verifique ya que no corresponden a lo solicitud en el punto 4.8. Equipo de irrigacion y aspiracion para uso en videocolonoscopios.	08-04-2019	18:28:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:21:04
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem n° 80, Microscopio Quirúrgico, en el punto 5.2 se especifica: Iluminación por medio de fibras ópticas con lámpara halógena o LED de por lo menos 150 W con sistema de cambio rápido. Incluir 5 (cinco) lámparas adicionales de repuesto en caso de ser halógena. Siendo las especificaciones técnicas las de un equipo de alta gama y considerando que los sistemas de luz Xenón son los de mejor calidad en cuanto a intensidad y homogeneidad del campo luminoso, seguidos por los sistemas LED y en último lugar estarían las luces halógenas. Consultamos si se aceptaría modificar el punto 5.2 a: Iluminación por medio de fibras ópticas con lámpara Xenón de por lo menos 300 W con sistema de cambio rápido o LED. Incluir 5 (cinco) lámparas adicionales de repuesto en caso de ser Xenón	08-04-2019	19:40:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:22:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ANEXO I de la Sección VII, inciso F) se requiere que "el oferente demuestre haber facturado en la provisión de equipos biomédicos...". Solicitamos respetuosamente que sean aceptadas facturas y/o contratos de equipos y/o productos o insumos biomédicos, considerando que conllevan las mismas exigencias y una importante facturación para los proveedores del rubro. Este pedido lo hacemos a fin de dar participación a un mayor número de potenciales oferentes, conforme al Art. 4 de la Ley 2051/03.	08-04-2019	19:49:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:23:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ANEXO I de la Sección VII, inciso F) se requiere que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% del valor ofertado. Solicitamos respetuosamente que dicho requerimiento sea reducido a un volumen de negocios que en su totalidad sea igual o superior al 30% (treinta por ciento) de la oferta. Este pedido lo hacemos a fin de dar participación a un mayor número de potenciales oferentes, conforme al Art. 4 de la Ley 2051/03.	08-04-2019	19:53:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:24:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ANEXO I de la Sección VII, inciso F) se requiere la presentación de constancias de desempeño satisfactorio y actas de recepción final en la provisión de "equipos biomédicos...". Solicitamos respetuosamente que sean aceptadas actas de recepción y constancias de desempeño satisfactorio en la provisión de equipos y/o productos o insumos biomédicos, considerando que conllevan las mismas exigencias y una importante facturación para los proveedores del rubro. Este pedido lo hacemos a fin de dar participación a un mayor número de potenciales oferentes, conforme al Art. 4 de la Ley 2051/03.	08-04-2019	19:57:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:25:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ANEXO I de la Sección VII, inciso F) Numeral 20, se requiere la presentación de "Constancia de validación de certificados expedida por el Organismo Nacional de Acreditación pertinente al CONACYT, descrito en la página oficial del mismo ente (www.conacyt.org) Procedimiento n° 044 Reconocimiento de Acreditación otorgado por otros organismos de Acreditación cumpliendo con el Derecho 3900 de fecha 5 de febrero de 2012 de 2010". Solicitamos respetuosamente que este requisito sea EXCLUIDO de los requisitos de calificación, ya que el organismo de control DINAVISA está suficientemente capacitado para avalar los documentos que se pretende acreditar a través de la CONACYT. Este requerimiento solo conlleva una inversión innecesaria de tiempo, recursos y dinero sin ningún sustento técnico válido, careciendo de efecto práctico para los fines perseguidos. Este pedido lo hacemos a fin de dar participación a un mayor número de potenciales oferentes, conforme al Art. 4 de la Ley 2051/03.	08-04-2019	20:02:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:26:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicita: 4.7 Despliegue de al menos 6 curvas fisiológicas simultáneamente con la función de Full disclosure que muestra en pantalla las 12 derivaciones de ECG. Consulta: 1) Teniendo en cuenta que la pantalla que se solicita de 15: Es obligatorio mostrar 18 curvas fisiológicas en simultáneo en un espacio tan reducido? 2) Se permiten mostrar 4 parámetros numéricos y 14 curvas fisiológicas en simultáneo para cumplir lo requerido? Solicita: 4.8 Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos. Consulta: Se requiere que las tendencias gráficas y numéricas se muestren simultáneamente en pantalla? Consulta: 4.15 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica, como una futura actualización con central de monitoreo. Solicita: Teniendo en cuenta que hay unidades donde normalmente no se planifica una central de monitoreo, por ejemplo recuperación o unidades de baja complejidad, es necesario que estos monitores sin central también tengan la capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica? Solicita: 5.2.3 Índice de pulsatilidad. OPCIONAL Consulta: Se permite indicador en vez de índice? Solicita: 5.6.3 Medición de variación de volumen sistólico (VVS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje de forma automática. Consulta: Se refiere al cálculo? Estos parámetros no se miden sino que se calculan. Solicita: 5.7 Capnografía: Consulta: Es necesario que los 81 monitores cuenten con módulo de capnografía? Solicita: 5.8 Electroencefalograma Consulta: Es necesario que los 81 monitores cuenten con módulo de electroencefalograma? Solicita: 5.8.7 Apto para pacientes adultos, pediátricos y neonatales para anestesia o cuidados críticos Consulta: Teniendo en cuenta que el monitor solicitado en 4.10 es solo para adultos. El requerimiento de pacientes pediátricos y neonatales puede ser revisado? Solicita: 6.9 Alarma de apnea Consulta: Esta alarma típicamente no posee límite inferior como se solicita en el enunciado. Se solicita revisar si este requerimiento esta correcto Solicita: 6.10 Alarma de arritmia. Consulta: Esta alarma típicamente no posee límite superior e inferior como se solicita en el enunciado. Se solicita revisar si este requerimiento esta correcto	08-04-2019	21:50:00
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:26:58

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante, la actualización del precio referencial de dicho ITEM, como referencia de precio mencionamos los siguientes llamados de bienes similares a este ITEM LPN SBE 114-18 ADQUISICIÓN DE UNIDADES ELECTROQUIRURGICAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S. ID: 350185" - "LPN SBE 12-19 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA OBRAS DEL AREA CENTRAL. ID 357993 ITEM 107 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA" - "LPN SBE 11-19 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES AREA INTERIOR DEL IPS. ID 358083. ITEM 64 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA" y "LPN SBE 37-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGIA DEL IPS. ID 342466 ITEM 4 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA.	08-04-2019	21:50:23

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:27:39

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 4.5 Conectividad a la red de monitoreo. (conexión con o sin cables). Deberá además contar con la opción de conectarse a futuro con la central de monitoreo y redes intrahospitalarias a través de una computadora incorporada al monitor que permita al usuario acceder al PACS, HIS, RIS, etc. pudiendo consultar en la pantalla del monitor estudios tomográficos, radiológicos, laboratoriales, etc. así como datos estadísticos/administrativos, etc. Consulta: Teniendo en cuenta que una computadora incorporada al monitor incrementa el costo de mantenimiento, peso y puntos de falla, se aceptarían tecnologías mejores que hagan lo mismo pero simplemente con una mejora de software en vez de usar una computadora? Solicita: 4.8 Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos. Consulta: Se requiere que las tendencias gráficas y numéricas se muestren simultáneamente en pantalla? Solicita: 5 Parámetros Consulta: No se requieren módulos de electroencefalografía o BIS para los 2 monitores de neurocirugía? Solicita: 5.2.3 Índice de pulsatilidad. OPCIONAL - Consulta: Se permite indicador en vez de índice? Solicita: 5.6.3 Medición de variación de volumen sistólico (VVS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje de forma automática. - Consulta: Se refiere al cálculo? Estos parámetros no se miden sino que se calculan. Solicita: 6.9 Alarma de apnea Consulta: Esta alarma típicamente no posee límite inferior como se solicita en el enunciado. Se solicita revisar si este requerimiento esta correcto. Solicita: 6.10 Alarma de arritmia. Consulta: Esta alarma típicamente no posee límite superior e inferior como se solicita en el enunciado. Se solicita revisar si este requerimiento esta correcto	08-04-2019	21:50:57

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:28:17

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 4.12 Unidad de vacío (-70k Pa) y presión de +35k Pa. Consulta: Se solicita ampliar el rango de la unidad de Vacío en (-60K Pa) y presión de + 35K Pa. minimamente?	08-04-2019	21:51:48

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:28:55

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 4.8. Rango de Temperatura: Hasta 80 °C para el contenedor de parafina, hasta 80 °C para las bandejas de precalentamiento, hasta 70 °C para el área de trabajo, y hasta -5 °C en el punto frío. Consulta: Se solicita ampliar el Rango de Temperatura: Hasta 75 °C (mínimo) para el contenedor de parafina, hasta 75 °C (máximo) para las bandejas de precalentamiento	08-04-2019	21:54:15

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:30:05

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 4.10 3 contenedores para soluciones de lavado 4.12 Unidad de vacío (-70k Pa) y presión de +35k Pa Consulta: Se solicita respetuosamente revisar ambos apartados ya que dichos accesorios no corresponden a Microtomos	08-04-2019	21:55:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:31:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante la actualización de los precios de referencia, ya que el monto cubre apenas el 10% del precio de lo solicitado, la configuración solicitada y la cantidad de insumos solicitado son de equipos con precios bastante elevados	08-04-2019	21:56:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:32:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 5.1 Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o más. Consulta: Se puede ampliar la distancia intrapupilar de 52 mm a 77 mm	08-04-2019	21:57:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:32:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 57.4.4 INDICADOR DIGITAL DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR Y FUSIÓN DE TEJIDOS CONSULTA: LA TECNOLOGÍA DE NUESTRO EQUIPO MANEJA LA POTENCIA DE SELLADO Y FUSIÓN DE TEJIDOS EN FORMA AUTOMÁTICA, POR LO QUE INDICA LA POTENCIA UTILIZADA, SE CONECTA EL INSTRUMENTO Y SELECCIONA LOS PARÁMETROS MILES DE VECES EN MICRO SEGUNDOS PARA LOGRAR UN SELLADO OPTIMO, PRECISO Y SEGURO, ¿SE PODRÍA CONSIDERAR ESTO COMO UN ÍTEM OPCIONAL O PERMITIR OFERTAR CON INDICADOR DIGITAL EN MODO BIPOLAR Y FUSIÓN DE TEJIDOS	08-04-2019	22:06:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:33:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE. 57.5.4 FRECUENCIA DEL EQUIPO 340 KHZ O MAYOR CONSULTA: ¿SE PUEDE OFERTAR CON FRECUENCIA DEL EQUIPO 330 KHZ O MAYOR?	08-04-2019	22:11:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:34:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sobre la experiencia en facturación SOLAMENTE DE EQUIPOS BIOMÉDICOS. solicitamos que dejen participar a todas aquellas empresas que estamos prestando servicios y/o proveyendo insumos biomedicos para poder ofertar productos que cumplen y superan las especificaciones técnicas de algunos items solicitados en éste llamado. Además atendiendo uno de los puntos de la Ley 2051, Art. 21 (sobre la precalificación) que dice: "...La precalificación será obligatoria en los procedimientos de licitación pública para la realización de obras de gran magnitud o de complejidad considerable, o en cualquier otra circunstancia en que el alto costo de la preparación de las ofertas detalladas pudiera desalentar la competencia..." notablemente se menciona una precalificación para garantizar la calidad del producto y/o obra a ser entregada. Lo cual creemos que al realizar tan buen trabajo en las especificaciones técnicas básicamente ya se descarta a empresas que no cumplan con los requisitos mínimos de calidad. Por éste motivo solicitamos que: la experiencia en facturación sean consideradas todas las facturas y/o contratos relacionados a DISPOSITIVOS BIOMÉDICOS lo cual esta reglamentado por el Ministerio de Salud y de ésta manera permitir que empresas que poseamos productos que cumplen con lo solicitado, podamos participar	08-04-2019	22:25:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:36:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 57.6.6 PROVEER PINZAS BIPOLARES DE 8 MM O MAS A 10 MM O MENOS PARA UN MÍNIMO DE 1200 CIRUGÍAS CONSULTA: ¿SE DEBE CONSIDERAR LA CANTIDAD DE CIRUGÍAS POR CADA EQUIPO A SER OFERTADO O SEA SEGÚN LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE SE DEBE CONSIDERAR 1200 CIRUGÍAS CON PINZAS DE 8 A 10 MM POR CADA EQUIPO? AMABLEMENTE CONSIDERAMOS COMO UN NÚMERO MUY EXCESIVO LO SOLICITADO, ADEMÁS QUE LAS PINZAS DE 8 A 10 MM CADA VEZ SON MENOS USADAS Y SOLICITADAS, CONSIDERAMOS OPORTUNO SOLICITAR EVALUAR LAS CANTIDADES Y QUE SEA REDUCIDO A LA MITAD LA CANTIDAD SOLICITADA POR CADA EQUIPO	08-04-2019	22:26:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:37:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 57.7.1 PROVEER AL MENOS 50 PINZAS BIPOLARES DESCARTABLES CONSULTA: ¿SE PUEDE OFERTAR SU EQUIVALENTE EN PINZAS REUTILIZABLES? SEGÚN LA VALIDACIÓN Y VIDA ÚTIL INDICADA POR EL FABRICANTE	08-04-2019	22:34:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:40:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 57.7.2 LONGITUD DE 3 MM O MÁS A 5 MM O MENOS CONSULTA: ¿PODRÍAN ACLARAR A QUE SE REFIERE ESTE PUNTO? LONGITUD DE LA MANDIBULA? ¿DE LA PINZA? YA QUE NO QUEDA CLARO A QUE SE REFIERE CON ESTO	08-04-2019	22:38:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:41:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 57.7.3 DIÁMETRO DEL EJE 3 MM O MAS A 5 MM O MENOS CONSULTA: ¿A QUE EJE SE REFIERE? ¿PODRÍAN ACLARAR MEJOR?, UNA PINZA DE CIRUGÍA ABIERTA COMO LA SOLICITADA NORMALMENTE NO TIENE EJE PORQUE NO TIENE ROTACIÓN	08-04-2019	22:42:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se hace referencia al diámetro de tubo de la pinza.	27-05-2019	15:42:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 30.4.5 CUBIERTA RADIOTRASPARENTE Y SOPORTE CHASIS PARA RX CONSULTA: ¿SE PODRÍA CONSIDERAR ESTO COMO UN ITEM OPCIONAL?, LAS SALAS DE INTERNACIÓN NO ESTÁN DISEÑADAS FÍSICAMENTE PARA ESTUDIOS DE RX Y NO SE REALIZAN ESTUDIOS DE RX CON ESTE TIPO DE CAMAS	08-04-2019	22:50:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:44:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que empresas que cuenten con productos que cumplen las especificaciones técnicas tambien puedan participar teniendo en cuenta el monto total de facturación de la misma, como ya lo hicieron en la anterioridad en el IPS. Adjuntamos documento de evaluación de una empresa FARMACEUTICA fue adjudicada para prestación de servicios de mantenimiento de equipos biomedicos cuando ésta en la fecha no contaba con experiencia en el ramo, de igual manera la misma cumplimiento con todos los protocolos de trabajo del IPS. Solicitamos que al haber éste precedente, exista tambien la posibilidad para otras empresas a tener la misma oportunidad.	08-04-2019	22:56:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:46:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 31.5.1 ALTURA AJUSTABLE (MEDIDO DESDE LA PLATAFORMA DE LA CAMA AL PISO, SIN COLCHÓN) ALTURA MÍNIMA 49 CM O MENOS ALTURA MÁXIMA 71 CM O MAS CONSULTA: SE PUEDE OFERTAR CON ALTURA AJUSTABLE (MEDIDO DESDE LA PLATAFORMA DE LA CAMA AL PISO, SIN COLCHÓN) ALTURA MÍNIMA 57 CM O MENOS ALTURA MÁXIMA 71 CM O MAS	08-04-2019	22:58:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:47:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos por éste medio el fomento de la participación de empresas que cumplen con las especificaciones aquí solicitadas, debido a que en caso de no cumplir con los rigurosos y específicos datos solicitados en las especificaciones técnicas, la oferta que no cumple eso, será descalificada. Pedimos humildemente que sea tenido en cuenta el volumen total de facturación de la empresa para ésta licitación y así dar cumplimiento al Art. 7 de la Ley 2051 En los procedimientos de contratación pública regidos por esta ley, los organismos, las entidades y las municipalidades deberán promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas.	08-04-2019	23:00:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:48:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos que sean tenido en cuenta empresas cuyos productos cumplan con lo solicitado en las especificaciones técnicas de éste llamado y que sean considerados el monto de facturación total de la empresa, como lo hicieron en el llamado citado ID: 309791		08-04-2019	23:03:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	15:49:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE: 32.5.1 ALTURA AJUSTABLE (MEDIDO DESDE LA PLATAFORMA DE LA CAMA AL PISO, SIN COLCHÓN) ALTURA MÍNIMA 55 CM O MENOS ALTURA MÁXIMA 88 CM O MAS CONSULTA: SE PUEDE OFERTAR CON ALTURA AJUSTABLE (MEDIDO DESDE LA PLATAFORMA DE LA CAMA AL PISO, SIN COLCHÓN) ALTURA MÍNIMA 57 CM O MENOS ALTURA MÁXIMA 75 CM O MAS		08-04-2019	23:04:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	15:50:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consultamos la posibilidad de que empresas que estén habilitadas como taller y distribuidor de dispositivos médicos y que cumplimos con todas las normativas locales puedan así considerarse la totalidad de facturación de la misma ya que poseemos productos europeos que cumplen y superan las especificaciones aquí solicitadas y de ésta manera podamos ofrecer productos de excelente calidad para la institución		08-04-2019	23:07:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	15:51:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE: 51.4.1.9 CORRECCIÓN DE SOMBRAS CONSULTA: ¿SE PODRÍA CONSIDERAR ESTO COMO UN ÍTEM OPCIONAL? O BIEN EXPLICAR A QUE SE REFIERE CON "CORRECCIÓN DE SOMBRAS" LAS GUÍAS DE LUZ ESTÁN POR SOBRE LALENTE ÓPTICA O A LOS COSTADOS DE LALENTE ÓPTICA, POR LO QUE SOMBRAS NO SE PODRÍA GENERAR, POR LO TANTO NO SE PODRÍA CORREGIR		08-04-2019	23:17:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	15:52:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consultamos la posibilidad de que empresas con más de 15 años en el rubro puedan participar en éste llamado considerando dos cosas: 1- que cumplimos los estrictos pedidos en las especificaciones técnicas 2- tenemos todas las habilitaciones y documentaciones en regla solicitados por el ministerio de salud y 3- tenemos técnicos certificados en fabrica para el mantenimiento de los productos que ofrecemos. Por lo cual pedimos amablemente que sean considerados el volumen total de negocios que cuenta la empresa para que el margen de oportunidades para adquirir productos de buena calidad para el IPS sea mayor.		08-04-2019	23:20:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	15:53:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE: 51.4.4.1 MONITOR DE USO MEDICO, CON PANTALLA LCD O PLASMA DE AL MENOS 19 PULGADAS CONSULTA: SE PODRÍA CONSIDERAR QUE EL TAMAÑO MININO DE LA PANTALLA DEL MONITOR SOLICITADO SEA DE 26 PULGADAS O MÁS, YA QUE LAS PANTALLAS DE 19 PULGADAS SON DE RELACIÓN 4:3 Y SE SOLICITA UN EQUIPO EN DEFINICIÓN FULL HD Y PARA OPTIMIZAR EL USO DE LA CALIDAD FULL HD SE REQUIERE UNA RELACIÓN DE CONTRASTE 16:9 O 16:10 QUE VIENEN EN MONITORES DE 26 PULGADAS O MAYOR		08-04-2019	23:24:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	15:53:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE: 51.4.5.5 GRABADOR/REPRODUCTOR DE DVD CON CABLES DE CONEXIÓN Y AL MENOS 100 DISCOS DVD CONSULTA: ¿PODRÍAN DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LO SOLICITADO? COMO SER FORMATO DE GRABACIÓN, DEBE O NO SER GRADO MEDICO, ETC, LOS GRABADORES DE DVD YA SON OBSOLETOS Y MAS SI SE HABLA DE EQUIPOS EN CALIDAD FULL HD, POR SU CORTA CAPACIDAD DE GRABACIÓN DE UN DVD PARA ESTA CALIDAD, SE RECOMIENDA MODIFICAR A UN MODULO DE GRABACIÓN GRADO MEDICO, CON GRABACIÓN MEDIANTE PUERTO USB Y MEMORIA INTERNA DE AL MENOS 1 TERABYTE Y ENTRADAS DE VIDEO DVI Y HD-SDI		08-04-2019	23:32:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	15:54:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

DICE: 57.4.5.6 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CONSULTA: SOLICITAMOS ACLARAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LO SOLICITADO, PUES UN EQUIPO DE ESTOS TIENE SUS CARACTERÍSTICAS DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES	08-04-2019	23:34:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:55:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 51.4.6.4: COLEDOSCOPIO MOVILIDAD DEL EXTREMO DISTAL 260° ARRIBA/ABAJO O MAYOR ANGULO DE APERTURA 90° CONSULTA: ¿SE PUEDE OFERTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS? COLEDOSCOPIO MOVILIDAD DEL EXTREMO DISTAL 120° ARRIBA Y 120° ABAJO O MAYOR ANGULO DE APERTURA 75°	08-04-2019	23:41:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:57:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 51.4.6.22 CÁNULA PARA INYECCIÓN, DIÁMETRO 1.2 MM APROX. CONSULTA: SE PUEDE OFERTAR CON CÁNULA PARA INYECCIÓN, DIÁMETRO 1.5 MM APROX.	08-04-2019	23:43:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:00:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 51.4.6.28 ASA DE LIGADURA, CON NUDOS, CON HILO SINTÉTICO REABSORVIBLE, ENVASE DE 10 O MÁS UNIDADES CONSULTA: ¿SE PODRÍA CONSIDERAR ESTO COMO UN ÍTEM OPCIONAL?	08-04-2019	23:47:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:01:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 67.4.3.2 PROFUNDAD DE 90 CM O MAYOR A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN RE ENFOQUE CONSULTA ¿SE PUEDE OFERTAR CON PROFUNDAD DE 80 CM O MAYOR A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN RE ENFOQUE?	08-04-2019	23:53:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:01:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE. 67.5.2 BATERÍA INTERNA CON INDICADOR DE LA CARGA Y AUTONOMÍA, CON CARGA DE 100%, DE AL MENOS 1 HORA CONSULTA ¿SE REFIERE AL TIEMPO DE AUTONOMÍA DE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA CON CARGA AL 100% O EL TIEMPO DE CARGA DEL 100% DE LA BATERÍA?	08-04-2019	23:58:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere al tiempo de autonomía del equipo con una carga de batería del 100 %. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:08:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ponemos a consideracion en las cantidades de Domos solicitados que son 100 unidades por canal y como son dos canales lo solicitado para la presion invasiva, preguntamos lo siguiente: Si estan solicitando 200 domos y el precio referencial al cual el IPS solitico en la anterioridad (ID: 309732) es de Gs. 121.000, el costo aproximado referencial solo en ese producto sería de: 200x121.000= 24.100.000 equivalente aprox. al 36% del precio referencial del item. 1- Tiene sentido encarecer tanto éste item por la alta cantidad de domos solicitados? 2- 81equipos X 200 domos= 16.200 domos seran utilizados por el servicio antes de que venzan los mismos? ya que normalmente tienen un año de vencimiento. Es decir, estarían utilizando casi una unidad por día en todos los monitores?	09-04-2019	00:00:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:09:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE. 66.8.2 BATERÍA INTERNA CON INDICADOR DE LA CARGA Y AUTONOMÍA, CON CARGA DE 100%, EN POR LO MENOS 1 HORA CONSULTA ¿SE REFIERE AL TIEMPO DE AUTONOMÍA DE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA CON CARGA AL 100% O EL TIEMPO DE CARGA DEL 100% DE LA BATERÍA?	09-04-2019	00:01:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se refiere al tiempo de autonomía del equipo con una carga de batería del 100 %. Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:10:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ya en el año 2019, donde estan equipando totalmente un nuevo hospital, no se pondra a consideración a futuro tener conectividad a una base de datos? o cual será el protocolo de comunicación opcional que se considerará en vez de la convencional HL7? O deberan hacer una nueva compra de éste producto para cuando necesiten conectar los datos a una base de datos?		09-04-2019	00:03:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:11:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos que empresas que cuenten con productos que cumplen las especificaciones técnicas tambien puedan participar teniendo en cuenta el monto total de facturación de la misma, como ya lo hicieron en la anterioridad en el IPS. adjuntamos documento de evaluación de una empresa FARMACEUTICA fue adjudicada para prestación de servicios de mantenimiento de equipos biomedicos cuando ésta en la fecha no contaba con experiencia en el ramo, de igual manera la misma cumplio con todos los protocolos de trabajo del IPS. Solicitamos que al haber éste precedente, exista tambien la posibilidad para otras empresas a tener la misma oportunidad.		09-04-2019	00:07:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:12:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE: 75.4.7 SUPERFICIE RADIO TRANSPARENTE, DE FIBRA DE CARBONO CONSULTA ¿SE PUEDE OFERTAR EQUIPOS CON SUPERFICIE RADIO TRANSPARENTE, DE FIBRA DE CARBONO O HPL U OTRO MATERIAL?		09-04-2019	00:09:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:14:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE: 76.4.7 SUPERFICIE RADIO TRANSPARENTE, DE FIBRA DE CARBONO CONSULTA ¿SE PUEDE OFERTAR EQUIPOS CON SUPERFICIE RADIO TRANSPARENTE, DE FIBRA DE CARBONO O HPL U OTRO MATERIAL?		09-04-2019	00:10:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:15:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE: 77.4.7 SUPERFICIE RADIO TRANSPARENTE, DE FIBRA DE CARBONO CONSULTA ¿SE PUEDE OFERTAR EQUIPOS CON SUPERFICIE RADIO TRANSPARENTE, DE FIBRA DE CARBONO O HPL U OTRO MATERIAL?		09-04-2019	00:11:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:15:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
75.6.4 SOPORTE PARA PANTALLA A LA ALTURA DEL TÓRAX DEL PACIENTE (01 - UNA UNIDAD) CONSULTA ¿PODRÍA CONSIDERARSE ESTO COMO UN ÍTEM OPCIONAL?		09-04-2019	00:18:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:17:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
76.6.4 SOPORTE PARA PANTALLA A LA ALTURA DEL TÓRAX DEL PACIENTE (01 - UNA UNIDAD) CONSULTA ¿PODRÍA CONSIDERARSE ESTO COMO UN ÍTEM OPCIONAL?		09-04-2019	00:19:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:18:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
77.6.4 SOPORTE PARA PANTALLA A LA ALTURA DEL TÓRAX DEL PACIENTE (01 - UNA UNIDAD) CONSULTA ¿PODRÍA CONSIDERARSE ESTO COMO UN ÍTEM OPCIONAL?		09-04-2019	00:19:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:19:20

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
78.6.4 SOPORTE PARA PANTALLA A LA ALTURA DEL TÓRAX DEL PACIENTE (01 - UNA UNIDAD) CONSULTA: ¿PODRÍA CONSIDERARSE ESTO COMO UN ÍTEM OPCIONAL?		09-04-2019	00:20:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:20:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE: 75.5.8 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE LA TABLA DE AL MENOS 50 CM EN TOTAL CONSULTA: ¿SE PODRÍA CONSIDERAR OFERTAR CON DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE LA TABLA DE AL MENOS 37 CM O MÁS?		09-04-2019	00:23:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:20:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE: 76.5.8 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE LA TABLA DE AL MENOS 50 CM EN TOTAL CONSULTA: ¿SE PODRÍA CONSIDERAR OFERTAR CON DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE LA TABLA DE AL MENOS 37 CM O MÁS?		09-04-2019	00:23:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:21:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE: 77.5.8 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE LA TABLA DE AL MENOS 50 CM EN TOTAL CONSULTA: ¿SE PODRÍA CONSIDERAR OFERTAR CON DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE LA TABLA DE AL MENOS 37 CM O MÁS?		09-04-2019	00:24:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:22:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE: 78.5.8 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE LA TABLA DE AL MENOS 50 CM EN TOTAL CONSULTA: ¿SE PODRÍA CONSIDERAR OFERTAR CON DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE LA TABLA DE AL MENOS 37 CM O MÁS?		09-04-2019	00:24:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:23:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE: 75.5.1 ELEVACIÓN DESDE 81 CM O MENOS A 104 CM O MÁS (ELÉCTRICA) CONSULTA: ¿SE PODRÍA CONSIDERAR Y ELEVAR LOS RANGOS PARA OBTENER MESAS CON MEJORES PRESTACIONES? Y QUE LA ELEVACIÓN SEA CONSIDERADA DESDE 56 CM O MENOS A 110 CM O MAS?		09-04-2019	00:32:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:23:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE: 76.5.1 ELEVACIÓN DESDE 81 CM O MENOS A 104 CM O MÁS (ELÉCTRICA) CONSULTA: ¿SE PODRÍA CONSIDERAR Y ELEVAR LOS RANGOS PARA OBTENER MESAS CON MEJORES PRESTACIONES? Y QUE LA ELEVACIÓN SEA CONSIDERADA DESDE 56 CM O MENOS A 110 CM O MAS?		09-04-2019	00:32:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:24:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE: 77.5.1 ELEVACIÓN DESDE 81 CM O MENOS A 104 CM O MÁS (ELÉCTRICA) CONSULTA: ¿SE PODRÍA CONSIDERAR Y ELEVAR LOS RANGOS PARA OBTENER MESAS CON MEJORES PRESTACIONES? Y QUE LA ELEVACIÓN SEA CONSIDERADA DESDE 56 CM O MENOS A 110 CM O MAS?		09-04-2019	00:33:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:25:51

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 75.5.1 ELEVACIÓN DESDE 81 CM O MENOS A 104 CM O MÁS (ELÉCTRICA) CONSULTA: ¿SE PODRÍA CONSIDERAR Y ELEVAR LOS RANGOS PARA OBTENER MESAS CON MEJORES PRESTACIONES? Y QUE LA ELEVACIÓN SEA CONSIDERADA DESDE 56 CM O MENOS A 110 CM O MAS?	09-04-2019	00:33:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:27:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE. 75.4.17 RESISTENCIA MÍNIMA DE 250 KG CONSULTA SE PODRÍA CONSIDERAR APARA ELEVAR LAS PRESTACIONES DE LAS MESAS QUE SEA CONSIDERADO COMO MÍNIMO "RESISTENCIA MÍNIMA DE 350 KG"	09-04-2019	00:36:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:28:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE. 76.4.17 RESISTENCIA MÍNIMA DE 250 KG CONSULTA SE PODRÍA CONSIDERAR APARA ELEVAR LAS PRESTACIONES DE LAS MESAS QUE SEA CONSIDERADO COMO MÍNIMO "RESISTENCIA MÍNIMA DE 350 KG"	09-04-2019	00:36:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:35:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE. 77.4.17 RESISTENCIA MÍNIMA DE 250 KG CONSULTA SE PODRÍA CONSIDERAR PARA ELEVAR LAS PRESTACIONES DE LAS MESAS QUE SEA CONSIDERADO COMO MÍNIMO "RESISTENCIA MÍNIMA DE 350 KG"	09-04-2019	00:37:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:36:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE. 78.4.17 RESISTENCIA MÍNIMA DE 250 KG CONSULTA SE PODRÍA CONSIDERAR PARA ELEVAR LAS PRESTACIONES DE LAS MESAS QUE SEA CONSIDERADO COMO MÍNIMO "RESISTENCIA MÍNIMA DE 350 KG"	09-04-2019	00:37:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:37:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 103.4.1.10 TECLADO QWERTY PARA EL REGISTRO DE DATOS DEL PACIENTE CON CARACTERES EN ESPAÑOL CONSULTA: SOLICITAMOS ELIMINAR O QUE BIEN SEA OPCIONAL ESTA CARACTERÍSTICA, YA QUE TECLADO QWERTY PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS YA SE DEJARON DE FABRICAR HACE MUCHOS AÑOS Y YA SE SOLICITA UN TECLADO EN EL PUNTO 103.4.1.5	09-04-2019	00:43:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:38:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ponemos a consideración el precedente de compra de equipos biomédicos (ID: 282851) del ente regulador que es el MSP en donde se puede ver lo siguiente: 1- El monto de compra adjudicado es del aprox. 37% del valor referencial de ésta licitación 2- la experiencia en facturación es solo del 25% de los últimos 3 años en dispositivos biomédicos 3- Existen empresas adjudicadas en ésta licitación que no cumplieron con el 25% en facturación de equipos biomédicos pero si cumplen considerando el volumen total facturado de la empresa Los resultados fueron: que el MSP adquirió equipos de muy alta gama a un excelente precio y que hasta hoy día siguen en funcionamiento, la mayoría de ellos productos de elite de origen europeo. Considerando que ésto lo consiguieron a través de una muy buena realización de especificaciones técnicas, cosa que también el IPS se destaca en hacerlo, solicitamos: que a través de éste antecedente exitoso y beneficioso para el Estado, sean considerados el monto total de facturación de la empresa y que sea descalificada solo si no reúne los requisitos mínimos exigidos en los bienes solicitados para ofrecer el fomento de la libre, justa y perfecta competencia de los proveedores	09-04-2019	00:47:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:39:42
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 103.4.1.11 ZOOM ELECTRONICO SELECCIONABLE DE 2 AUMENTOS CONSULTA ¿PODRÍA CONSIDERARSE ESTO COMO UN ÍTEM OPCIONAL?	09-04-2019	00:49:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:40:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE 103.4.1.12 FILTRO DIGITAL Y CONTROL DE CONTRASTE CONSULTA: ¿A QUE FILTRO SE REFIERE? ¿PODRÍA CONSIDERARSE ESTO COMO OPCIONAL?	09-04-2019	00:50:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los filtros digitales incluidos en las unidades de control de camara posibilitan el control electronico de matices de color en base al tejido explorado. Remitirse a Adenda N° 22.	27-05-2019	14:43:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE 103.4.2.4 LENTE ZOOM PARFOCAL CON FOCOS DE 25 MM A 50 MM CONSULTA: ¿SE PODRÍA CONSIDERAR ESTO COMO OPCIONAL?, ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA DE UNA MARCA EN EL MERCADO PERO SE CONTRADICE CON OTRAS ESPECIFICACIONES?	09-04-2019	00:57:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:44:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 103.4.3 FUENTE DE LUZ LED SOLICITAMOS PODER OFERTAR CON FUENTE DE LUZ LED O XENON	09-04-2019	01:00:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:46:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 103.4.3.1 LUZ FRÍA CON TECNOLOGÍA LED. DEBERÁ PROVEER DOS UNIDADES DE LAMPARA DE REPUESTO (REPUESTO OPCIONAL) CONSULTA: SOLICITAMOS PODER OFERTAR CON LUZ FRÍA CON TECNOLOGÍA LED O XENON DE 300 WATTS. DEBERÁ PROVEER DOS UNIDADES DE LAMPARA DE REPUESTO SI LA VIDA ÚTIL DE LA LAMPARA ES MENOR A 1.000 HORAS	09-04-2019	01:02:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:46:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 103.4.3.2: TEMPERATURA E COLOR DE 6.500K O MÁS. INCLUIR 3 (TRES) LAMPARAS ADICIONALES DE REPUESTO POR CADA EQUIPO (REPUESTO OPCIONAL) CONSULTA: ¿SE PODRÍA CONSIDERAR ESTO COMO UN ÍTEM OPCIONAL, YA QUE SE CONTRADICE CON OTRAS ESPECIFICACIONES ANTERIORES?	09-04-2019	01:06:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:47:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN EL PUNTO: 67.4.1.3 Solicitan: Ajuste vertical mínimo de 80cm. Solicitamos permitan cotizar equipos con ajuste vertical de 90 cm ± 2 cm, permitiendo de esta manera la participación de un mayor número de oferentes.	09-04-2019	01:09:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:47:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 103.4.5.2 PANELES DIVISORES PARA LOS EQUIPOS, DOS PUERTAS CON LLAVE Y UNA GAVETA CONSULTA: ¿ SE PUEDE OFERTAR CON PANELES DIVISORES PARA LOS EQUIPOS Y BRAZO PARA EL MONITOR MÓVIL PARA PODER VARIAR LA POSICIÓN Y LA ALTURA DEL MONITOR?	09-04-2019	01:10:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:49:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

EN EL PUNTO: 67.4.1.4 Solicitan: Cabezal con superficie externa lisa. Sugerimos solicitar equipos con superficie externa por módulos (del tipo pétalos) considerando que este tipo de construcción hace posible la circulación del flujo laminar, lo que evita la circulación de partículas en el campo quirúrgico.	09-04-2019	01:11:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:49:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN EL PUNTO: 67.4.2.3 Solicitan:LED blanco de al menos 60 leds. Sugerimos soliciten Cupulas con al menos 60 LEDs blancos Y fuente de luz ambiental para procedimientos endoscópicos.	09-04-2019	01:11:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:51:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN EL PUNTO: 67.4.2.5 Solicitan: Tiempo de vida útil de 30.000 horas. Sugerimos soliciten tiempo de vida útil de los LEDS de al menos 50000 horas	09-04-2019	01:12:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:52:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN EL PUNTO: 67.4.2.6 Solicitan: Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin. Solicitamos permitan cotizar equipos con Temperatura de color con rango ajustable de 3500 a 5000 Kelvin.	09-04-2019	01:12:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:52:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN EL PUNTO: 67.4.2.7 Solicitan: Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 93 % como mínimo. Sugerimos soliciten equipos con Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 %, de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos	09-04-2019	01:13:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:53:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN EL PUNTO: 67.4.3.1 Solicitan: Diámetro de campo de luz ajustable de 200 mm o mayor. Sugerimos modificar este requerimiento Por: Diámetro de campo de luz ajustable de 190 o 240 cm, considerando que solicitan una lámpara con Temperatura de Color variable, lo que trabaja a longitudes de onda variables.	09-04-2019	01:13:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:53:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN EL PUNTO: 67.4.3.2 Solicitan: Profundidad de 90 cm o mayor a 1m de distancia de la fuente sin reenfoque. Sugerimos soliciten equipos con Profundidad de al menos 110 cm.	09-04-2019	01:14:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:54:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 103.4.5.6 SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN GRABADOR/REPRODUCTOR DE DVD CON SUS RESPECTIVOS CABLES DE CONEXIÓN CONSULTA: LOS GRABADORES DE DVD YA SON EQUIPOS OBSOLETOS SOLICITAMOS MODIFICAR A SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN GRADO MEDICO, CON DISCO DURO INTERNO DE 1 TERABYTE, CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN EN SIMULTANEO AL DISCO DURO Y A UN MEDIO EXTERNO A TRAVÉS DE UN PUERTO USB, CON ENTRADAS DE VIDEO DVI Y HD SDI	09-04-2019	01:14:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:55:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN EL PUNTO: 67.5.2 Solicitan: Batería interna con indicador de la carga y autonomía, con carga de 100%, de al menos 1 hora. Sugerimos soliciten Batería interna con autonomía a carga completa de al menos 5 horas, para procedimientos de larga duración.	09-04-2019	01:14:39

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:56:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.4.1 Solicitan: Diseño ergonómico: Panel de control regulable en altura con teclado alfanumérico para introducción de datos del paciente, Pantalla táctil de la menos 12 con al menos 3 páginas seleccionables mediante una función de deslizamiento. Sugerimos soliciten adicionalmente: Gabinete interconstruido con un peso de 60 Kg o menor para fácil traslado. Con Calentador de Gel integrado a la consola. Solicitamos además permitan cotizar equipos con: Pantalla táctil LCD de al menos 10.4 para el manejo de menú de software interactivo dinámico, con despliegue configurable por el usuario y ajuste de brillo., de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	09-04-2019	01:15:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:56:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.4.2, Solicitan: Monitor color LCD O LED de al menos 21 (pulgadas), medidas diagonalmente con ángulo de visión mayor a 178° (horizontal y vertical) Solicitamos permitan cotizar equipos con: Monitor color LCD o LED de al menos 21 (pulgadas), medidas diagonalmente con ángulo de visión de al menos 178° (horizontal y vertical) montado sobre brazo articulado con rotación y giro, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	09-04-2019	01:16:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:57:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.4.5 Memoria CINE de al menos 2000 cuadros. Sugerimos modificar este requerimiento por: Con 2,300 cuadros por segundo o mayor en modo B. Control de ganancia y ajuste de la curva TGC por medio de por lo menos 8 controles independientes digitales para evitar elementos sensibles a roturas.	09-04-2019	01:17:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:58:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.4.6 Solicitan: Rango dinámico de al menos 272 dB. Solicitamos permitan cotizar equipos con Rango dinámico de 270 dB, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	09-04-2019	01:17:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	14:59:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 2.4.9 Solicitan: Puertos USB para conexión de periféricos. Sugerimos soliciten: Al menos 5 Puertos USB para conexión de periféricos.	09-04-2019	01:18:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:00:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 2.4.11 Solicitan: 4.000.000 o más canales digitales de procesamiento no multiplexados. Solicitamos permitan cotizar equipos Con sistema de formación del haz digital con al menos 380,000 canales, que permita operar transductores matriciales de al menos 1000 elementos.	09-04-2019	01:18:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:01:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2. 4.13 Solicitan: Posibilidad de admitir transductores electrónicos lineales, convexos, endocavitarios,etc con detección y ajustes de parámetros en forma automática. Sugerimos soliciten Posibilidad de admitir transductores electrónicos lineales, convexos, sectoriales,endocavitarios, transesofágicos etc. con detección y ajustes de parámetros en forma automática, de manera a adquirir equipos con mayores posibilidades de crecimiento a futuro.	09-04-2019	01:19:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:02:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto: 2. 5.1.2 Solicitan: Modo M. Sugerimos solicitar adicionalmente los siguientes Modos: Modo M Color, Modo M Anatómico.	09-04-2019	01:19:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:03:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 103.5.1.1 ÓPTICA DE VISIÓN FOROBLICUA PANORÁMICA DE 12°, CON SISTEMA ÓPTICO DE LENTES TUBULARES ALARGADAS DIÁMETRO 4 MM COMO MÍNIMO, LONGITUD ENTRE 30 A 35 MM. AUTOCLAVABLE Y CON TRANSMISIÓN DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA INCORPORADA CONSULTA: SOLICITAMOS OFERTAR CON ÓPTICA DE VISIÓN FOROBLICUA PANORÁMICA DE 12°, DIÁMETRO 4 MM COMO MÍNIMO, LONGITUD ENTRE 28 A 35 MM. AUTOCLAVABLE Y CON TRANSMISIÓN DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA INCORPORADA	09-04-2019	01:20:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:04:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos soliciten adicionalmente que el equipo cuente con las siguientes funcionalidades: *Posibilidad de incorporar Doppler continuo *3D a mano alzada o manos libres, 3D estático y 4D en tiempo real. *Software para realizar la hemodinamia en vasos pequeños o de flujo lento que permita evaluar flujo vascular en modo 2D sin usar efecto Doppler. *Imagen de reducción de ruido o grano de alta definición con al menos 6 niveles diferentes en tiempo real que permita para mejorar bordes, y la resolución de contraste en escala de grises, que trabaje simultáneamente con el modo B, con Imagen Compuesta, Color, imagen de contraste y en imágenes volumétricas en tiempo real. *Imagen de composición espacial con al menos 9 ángulos, compatible con modo B, modo color, doppler pulsado, armónicas e imagen trapezoidal o convexo virtual en las sondas lineales y con modo dual en vivo.	09-04-2019	01:21:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:17:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 2.5.2.3 Solicitan: Modo Triplex en tiempo real. Sugerimos modificar este requerimiento por: Modo Triplex B+Color+PW en tiempo real, que NO desactive el filtro de reducción de ruido ni las armónicas en caso de estar activas	09-04-2019	01:21:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:18:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.6.1.2 Solicitan: Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, bases de datos internas de pacientes. Sugerimos modificar este requerimiento por: Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, bases de datos internas de pacientes. Post-procesamiento de imágenes de datos crudos que permitan modificar como mínimo ganancia en modo B, PW, M, filtro de reducción de ruido, velocidad de barrido horizontal, angulación en modo M, etc.	09-04-2019	01:22:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:19:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN el punto 2.6.1.3 Solicitan: Software con funciones para anotación de reportes. Sugerimos modificar este requerimiento por: Software con funciones para anotación de reportes. Archivo de pacientes, que almacene automáticamente las mediciones y compare el crecimiento fetal de hasta cuatrillizos en curvas de crecimiento, individuales y grupales, sin reingresar las mediciones antiguas.	09-04-2019	01:22:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:20:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 2.6.1.5 Solicitan: Software para elastografía. Sugerimos que el equipo tenga Software de Elastografía con software de análisis de cuantificación relativa, compatible en transductores lineales y convexos como mínimo. Sugerimos soliciten que el equipo tenga Elastografía por compresión y Elastografía Shear wave, lo que ampliara el tipo de estudios a realizar.	09-04-2019	01:23:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:21:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 2.6.1.7 Solicitan: Magnificación de imágenes. Sugerimos modificar este requerimiento por: Zoom en tiempo real con al menos 10 niveles.	09-04-2019	01:23:45

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:21:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 2. 6.2.9 Solicitan: Función Visión Extendida (Visión Panorámica) Sugerimos modificar este requerimiento por: Imagen de barrido extendido o imagen panorámica en modo B disponible en todos los transductores con detección automática de la dirección del barrido, mediciones en modo B y longitud mínima de 60cm.	09-04-2019	01:24:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:22:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 2.6.2.10 Solicitan: Imagen trapezoidal (funcionalidad para transductores lineales) Sugerimos modificar este requerimiento por: Imagen trapezoidal o convexo virtual para aumentar el área de exploración en transductores lineales y sectoriales.	09-04-2019	01:24:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:23:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos solicitar adicionalmente las siguientes aplicaciones: Aplicaciones (paquete de cálculos y mediciones) gineco-obstétricas. Mediciones obstétricas con asistente automático de medición Sistema mediciones eco mamaria con categorización BiRADS, y detección automática de bordes de lesiones.	09-04-2019	01:24:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:24:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.6.3DICOM 3 con las siguientes licencias habilitadas y listas para usarse/conectarse Sugerimos soliciten adicionalmente la Licencia DICOM Structured reporting	09-04-2019	01:25:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:24:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.7.2.1 Solicitan: Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y musculoesqueleticas con ancho de banda de 6 a 18 Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo. Solicitamos permitan cotizar equipos con Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y musculoesqueleticas con ancho de banda de 4 a 15 Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo.	09-04-2019	01:25:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:25:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.7.2.2 Solicitan: Transductor Convexo con un ancho de banda de 2 a 6 MHz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo. Sugerimos modificar este requerimiento por: Transductor Convexo con un ancho de banda de 1 a 6 MHz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo.	09-04-2019	01:26:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:26:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 103.5.1.2 VAINA PARA RESECTOSCOPIO INCLUIDO TUBO DE ENTRADA Y SALIDA PARA IRRIGACION Y ASPIRACIÓN CONTINUA, 8 MM COMO MÍNIMO DE DIÁMETRO EXTERIOR, EXTREMO DE LA VAINA OBLICUO, VAINA INTERIOR FIJA CON AISLAMIENTO DE CERÁMICA CONSULTA SE PUEDE OFERTAR CON VAINA PARA RESECTOSCOPIO INCLUIDO TUBO DE ENTRADA Y SALIDA PARA IRRIGACION Y ASPIRACIÓN CONTINUA, 8 (±1) MM COMO MÍNIMO DE DIÁMETRO EXTERIOR, EXTREMO DE LA VAINA OBLICUO, VAINA INTERIOR FIJA CON AISLAMIENTO DE CERÁMICA	09-04-2019	01:26:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:27:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto: 2.8.9 Solicitan: Batería interna integrada al ecógrafo que permita poner el ecógrafo en modo de hibernación y luego pasar al modo activo en 20 segundos o mejor Sugerimos soliciten: Batería interna integrada al ecógrafo que permita poner el ecógrafo en modo de hibernación que permita el escaneo off line de al menos 1 hora.	09-04-2019	01:26:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:27:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 103.5.1.3 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE TRABAJO COMPUESTO POR: ELEMENTO DE TRABAJO DE CORTE PASIVO BIPOLAR ASA DE CORTE ANGULADA, ASA DE COAGULACIÓN DE PUNTA ESFÉRICA DE 3 MM COMO MÍNIMO, ELECTRODO DE COAGULACIÓN DE PUNTA ESFÉRICA DE 5 MM COMO MÍNIMO, ELECTRODO DE COAGULACIÓN ACODADO, 2 CABLES DE ALTA FRECUENCIA Y UNA FUNDA PROTECTORA CONSULTA: SOLICITAMOS PODER OFERTAR CON CONJUNTO DE ELEMENTOS DE TRABAJO COMPUESTO POR: ELEMENTO DE TRABAJO DE CORTE PASIVO BIPOLAR, 12 ASAS DE CORTE ANGULADA, 12 ELECTRODOS DE COAGULACIÓN DE PUNTA ESFÉRICA DE 5 MM COMO MÍNIMO O 12 ASAS DE VAPORIZACIÓN	09-04-2019	01:34:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:28:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.4.1 Solicitan: Diseño ergonómico: Panel de control regulable en altura con teclado alfanumérico para introducción de datos del paciente, Pantalla táctil de la menos 12 con al menos 3 páginas seleccionables mediante una función de deslizamiento. Sugerimos soliciten adicionalmente: Gabinete interconstruido con un peso de 60 Kg o menor para fácil traslado. Con Calentador de Gel integrado a la consola. Solicitamos además permitan cotizar equipos con: Pantalla táctil LCD de al menos 10.4 para el manejo de menú de software interactivo dinámico, con despliegue configurable por el usuario y ajuste de brillo., de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	09-04-2019	01:37:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:29:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.4.2, Solicitan: Monitor color LCD de al menos 21 (pulgadas), medidas diagonalmente con ángulo de visión mayor a 178° (horizontal y vertical) Solicitamos permitan cotizar equipos con: Monitor color LCD de al menos 21 (pulgadas), medidas diagonalmente con ángulo de visión de al menos 178° (horizontal y vertical) montado sobre brazo articulado con rotación y giro, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	09-04-2019	01:37:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:29:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.4.5 Memoria CINE de al menos 2000 cuadros. Sugerimos modificar este requerimiento por: Con 2,300 cuadros por segundo o mayor en modo B. Control de ganancia y ajuste de la curva TGC por medio de por lo menos 8 controles independientes digitales para evitar elementos sensibles a roturas.	09-04-2019	01:38:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:30:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.4.6 Solicitan: Rango dinámico de al menos 272 dB. Solicitamos permitan cotizar equipos con Rango dinámico de 270 dB, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	09-04-2019	01:38:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:31:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 3.4.9 Solicitan: Puertos USB para conexión de periféricos. Sugerimos soliciten: Al menos 5 Puertos USB para conexión de periféricos.	09-04-2019	01:38:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:32:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 3.4.11 Solicitan: 4.000.000 o más canales digitales de procesamiento no multiplexados. Solicitamos permitan cotizar equipos Con sistema de formación del haz digital con al menos 380.000 canales, que permita operar transductores matriciales de al menos 1000 elementos.	09-04-2019	01:39:21

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:33:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.4.13 Solicitan: Posibilidad de admitir transductores electrónicos lineales, convexos, endocavitarios, etc con detección y ajustes de parámetros en forma automática. Sugerimos soliciten Posibilidad de admitir transductores electrónicos lineales, convexos, sectoriales, endocavitarios, transesofágicos etc. con detección y ajustes de parámetros en forma automática, de manera a adquirir equipos con mayores posibilidades de crecimiento a futuro.	09-04-2019	01:39:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:33:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 3. 5.1.2 Solicitan: Modo M. Sugerimos solicitar adicionalmente los siguientes Modos: Modo M Color, Modo M Anatómico.	09-04-2019	01:40:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:36:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos soliciten adicionalmente que el equipo cuente con las siguientes funcionalidades: *Posibilidad de incorporar Doppler continuo *3D a mano alzada o manos libres, 3D estático y 4D en tiempo real. *Software para realizar la hemodinamia en vasos pequeños o de flujo lento que permita evaluar flujo vascular en modo 2D sin usar efecto Doppler. *Imagen de reducción de ruido o grano de alta definición con al menos 6 niveles diferentes en tiempo real que permita para mejorar bordes, y la resolución de contraste en escala de grises, que trabaje simultáneamente con el modo B, con Imagen Compuesta, Color, imagen de contraste y en imágenes volumétricas en tiempo real. *Imagen de composición espacial con al menos 9 ángulos, compatible con modo B, modo color, doppler pulsado, armónicas e imagen trapezoidal o convexo virtual en las sondas lineales y con modo dual en vivo.	09-04-2019	01:40:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:38:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 3.5.2.3 Solicitan: Modo Triplex en tiempo real. Sugerimos modificar este requerimiento por: Modo Triplex B+Color+PW en tiempo real, que NO desactive el filtro de reducción de ruido ni las armónicas en caso de estar activas	09-04-2019	01:41:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:39:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.6.1.2 Solicitan: Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, bases de datos internas de pacientes. Sugerimos modificar este requerimiento por: Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, bases de datos internas de pacientes. Post-procesamiento de imágenes de datos crudos que permitan modificar como mínimo ganancia en mod3 B, PW, M, filtro de reducción de ruido, velocidad de barrido horizontal, angulación en modo M, etc.	09-04-2019	01:42:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:40:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 103.5.1.4 VAINA QUIRÚRGICA EXTERNA, SISTEMA DE DOBLE FLUJO, OVAL, DIÁMETRO DE 5 MM COMO MÍNIMO, CON UNA LLAVE DE SUCCIÓN, PARA UTILIZAR CON VAINA QUIRÚRGICA INTERNA. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONSULTA: SOLICITAMOS PODER OFERTAR: VAINA QUIRÚRGICA EXTERNA, SISTEMA DE DOBLE FLUJO, OVAL, DIÁMETRO DE 9 MM COMO MÍNIMO O MENOS, COMPATIBLE PARA UTILIZAR CON VAINA QUIRÚRGICA INTERNA. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE	09-04-2019	01:42:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:41:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN el punto 3.6.1.3 Solicitan: Software con funciones para anotación de reportes. Sugerimos modificar este requerimiento por: Software con funciones para anotación de reportes. Archivo de pacientes, que almacene automáticamente las mediciones y compare el crecimiento fetal de hasta cuatrillizos en curvas de crecimiento, individuales y grupales, sin reingresar las mediciones antiguas.	09-04-2019	01:42:41
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:41:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 3.6.1.6 Solicitan: Magnificación de imágenes. Sugerimos modificar este requerimiento por: Zoom en tiempo real con al menos 10 niveles.	09-04-2019	01:43:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:42:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 3. 6.2.8 Solicitan: Función Visión Extendida Sugerimos modificar este requerimiento por: Imagen de barrido extendido o imagen panorámica en modo B disponible en todos los transductores con detección automática de la dirección del barrido, mediciones en modo B y longitud mínima de 60cm.	09-04-2019	01:43:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:43:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 3.6.2.10 Solicitan: Imagen trapezoidal (funcionalidad para transductores lineales) Sugerimos modificar este requerimiento por: Imagen trapezoidal o convexo virtual para aumentar el área de exploración en transductores lineales y sectoriales.	09-04-2019	01:44:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:44:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos solicitar adicionalmente las siguientes aplicaciones: Aplicaciones (paquete de cálculos y mediciones) gineco-obstétricas. Mediciones obstétricas con asistente automático de medición Sistema mediciones eco mamaria con categorización BiRADS, y detección automática de bordes de lesiones.	09-04-2019	01:44:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:45:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.6.3 DICOM 3 con las siguientes licencias habilitadas y listas para usarse/conectarse Sugerimos soliciten adicionalmente la Licencia DICOM Structured reporting	09-04-2019	01:45:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:46:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.7.2.1 Solicitan: Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5 a 18 Mhz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo. Sugerimos soliciten: Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y musculoesqueleticas con ancho de banda de 4 a 15 Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo.	09-04-2019	01:45:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:46:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 103.5.1.5 ELECTRODO DE COAGULACION BIPOLAR, CON PUNTA REDONDA PARA COAGULACION BIPOLAR, 5 CHAR, 36 CM DE LARGO ± 1 CM CONSULTA: SOLICITAMOS ELIMINAR ESTE ÍTEM O BIEN QUE SEA OPCIONAL, YA QUE EN EL PUNTO 103.5.1.3 SE SOLICITA LO MISMO Y HAY CONTRADICCIÓN	09-04-2019	01:46:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:47:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.7.2.1 Solicitan: Transductor endorrectal biplano para aplicaciones en urología con ancho de banda de 5 a 10 Mhz con hasta 150 grados de campo de visión o mejor. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo. Solicitamos permitan cotizar: Transductor endorrectal biplano para aplicaciones en urología con ancho de banda de 4 a 10 Mhz con hasta 127° grados de campo de visión o mejor. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo.	09-04-2019	01:46:12
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:47:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.7.2.2. Solicitan: Transductor Convexo con un ancho de banda de 2 a 6MHz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo. Sugerimos Soliciten: Transductor Convexo con un ancho de banda de 1 a 6 MHz. Cantidad mínima: 02 (dos) unidades por cada equipo.	09-04-2019	01:47:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:48:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos nos permitan cotizar equipos con Bomba a Pistón libre de aceite de manera a permitir que mas empresas coticen. Son varios los fabricantes que utilizan esta tecnología. Por consiguiente solicitamos que el punto 4.4 quede redactado de la siguiente manera: 4.4 Bomba de vacio tipo rotativo a paletas o tornillos o Bomba a Pistón	09-04-2019	02:37:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:49:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos agregar la siguiente especificación para permitir que el aspirador acepte cualquier frasco del mercado: Un riel multipropósito para que cualquier frasco del mercado pueda ser compatible y utilizado con el equipo	09-04-2019	02:38:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:50:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.2 solicitan Capacidad de soporte de peso de 220Kg como mínimo Teniendo en cuenta que esta cama está orientada a sala de internación en donde difícilmente se necesite cargar equipamiento extra a la cama, solicitamos nos permitan cotizar camas con capacidad de peso de 200Kg como mínimo.	09-04-2019	02:38:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:50:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta que esta cama está orientada a sala de internación normal en donde el paciente normalmente es trasladado a la sala de diagnósticos por RX en una camilla de traslado, solicitamos que la especificación 4.5 Cubierta radio transparente y soporte para chasis de RX sea OPCIONAL. De igual manera y considerando la limpieza y desinfección de la cama, solicitamos que esta especificación quede redactada de la siguiente manera: 4.5 Cubierta radio transparente y soporte para chasis de RX (OPCIONAL). La cubierta debe ser fácilmente removible sin el uso de ninguna herramienta, construida en material plástico de alta resistencia, lavable, resistente a la limpieza y desinfección con cloro	09-04-2019	02:38:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:51:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando la seguridad del paciente, solicitamos respetuosamente que el punto 4.5 quede redactada de la siguiente manera: 4.6 Barandas laterales abatibles. Las barandas deben contar con un sistema de seguridad que evite su apertura por parte del paciente desde el lecho de la cama	09-04-2019	02:39:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:51:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La limpieza y desinfección es un factor crucial en los hospitales. Por tal motivo, y para sacar el mayor provecho a la inversión, solicitamos que la especificación 4.7 quede redactada de la siguiente manera: 4.7 Barandas de cabecera y piecera desmontables, construidas en material termoplástico de alta resistencia, lavables, resistentes a la limpieza y desinfección, con mecanismo de bloqueo para evitar que se desmonten accidentalmente durante el traslado	09-04-2019	02:39:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:52:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Para dar mayor confort al paciente y minimizar los casos de úlceras por presión, solicitamos que el punt 4.15 incluya un requerimiento que ayudará a minimizar estos caso. Sugerimos que el punto 4.15 quede redactado así: Estructura dividida en 3 (tres) secciones como mínimo: Dorsal, sentadera y piñera. El dorsal y la sentadera debe tener un mecanismo de regresión automática aumentando el área entre ambas durante el movimiento de manera a reducir la presión en zona pélvica para minimizar las úlceras por presión	09-04-2019	02:40:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:53:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De manera a sacar mayor provecho a la inversión, recomendamos a la convocante incluir en la sección 4.14 Posiciones, especificaciones referentes a la altura mínima y máxima de la cama. Aunque la cama sea mecánica, es importante que la cama pueda tener movimientos de elevación, por comodidad de las enfermeras y para facilitar procedimientos. Sugerimos que agregar la siguiente característica: Altura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón). Altura mínima: 42 cms o menos Altura máxima: 75 cm o más	09-04-2019	02:40:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:54:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en consideración la limpieza y desinfección de estas camas que serán utilizadas en salas de cuidados críticos, solicitamos que el punto 4.5 quede redactado de la siguiente manera: Cubierta radio transparente y soporte para chasis de RX con posibilidad de realizar RX en posición sentada y uso de arco en C. La cubierta debe estar construida en material termoplástico de alta resistencia, de al menos 4 secciones, desmontables, lavables, resistentes a la desinfección y limpieza con cloro	09-04-2019	02:40:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:55:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando la seguridad del paciente, solicitamos respetuosamente que el punto 4.6 quede redactada de la siguiente manera: 4.6 Barandas laterales abatibles, dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de pies. Las barandas deben contar con un sistema de seguridad que evite su apertura por parte del paciente desde el lecho de la cama	09-04-2019	02:41:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:56:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La limpieza y desinfección es un factor crucial en los hospitales. Por tal motivo, y para sacar el mayor provecho a la inversión, solicitamos que la especificación 4.7 quede redactada de la siguiente manera: 4.7 Barandas de cabecera y piecera desmontables, independientes del lecho de la cama, sin ningún tipo de circuito electrónico o conexión eléctrica incluida en las mismas, construidas en material termoplástico de alta resistencia. La cabecera y piecera debe tener un mecanismo de bloqueo para evitar que se desmonten accidentalmente durante el traslado.	09-04-2019	02:41:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:57:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por una cuestión de versatilidad solicitamos que en el punto 4.10 se agregue la posibilidad de que los portasueros puedan ser colocados en cualquier extremo de la cama. En este caso, el punto 4.10 quedaría así: 4.10 Capacidad de colocación de portasueros en los cuatro vértices de la cama	09-04-2019	02:41:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:58:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.12 se refiere a una cuestión de diseño de la cama que es de una marca específica y que no impacta en el uso clínico de la cama. Es más, el hecho de que las asas sean abatibles significa de que hay bisagras en la cama que pueden almacenar suciedad y son de difícil remoción. Es por ello que la mayoría de los fabricantes incluyen las asas para traslado en la misma cabecera o piecera. Por consiguiente, solicitamos que el punto 4.12 quede redactado de la siguiente manera: 4.12 Asas para traslado y movimiento de la cama incorporados en la cabecera y piecera	09-04-2019	02:42:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	15:59:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Considerando de que se trata de camas para cuidados críticos solicitamos agregar las siguientes especificaciones: Extensión de la plataforma de la cama: 20 cm como mínimo Al menos 8 puntos de anclaje de 'facil acceso para contención del paciente Todos los motores de la cama deben tener nivel de protección contra líquidos IPX4	09-04-2019	02:42:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:00:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos nos permitan cotizar camas con posiciones de la sección de rodilla en el rango de 0 a 15o como mínimo. Esta demostrado que esta medida ya es suficiente por lo que muchos fabricantes utilizan 15o como valor máximo. Por consiguiente, solicitamos que el punto 5.5 quede redactado así: 5.5 Sección de rodilla. Rango de 0 a 15° como mínimo.	09-04-2019	02:43:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:01:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que esta cama será utilizada para cuidados críticos en la que el paciente puede pasar mucho tiempo en la misma, para dar mayor confort al paciente y minimizar los casos de úlceras por presión, solicitamos que en la sección Posiciones se agregue un requerimiento que ayudará a minimizar estos caso. Está demostrado que una de las causas de la úlcera por presión es la presión ejercida en la zona pélvica durante los movimientos de la sección de espaldas. Este daño se evita agregando la siguiente especificación: Las secciones del dorso y de la sentadera debe tener un mecanismo de regresión automática aumentando el área entre ambas durante el movimiento de manera a reducir la presión en zona pélvica para minimizar las úlceras por presión	09-04-2019	02:43:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:03:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para sacar mayor provecho a la inversión y considerando que una cama de cuidados críticos puede necesitar cargar equipos como bombas de inflado de colchon, monitores, instrumentos, etc, solicitamos aumentar la capacidad de soporte de peso a 240Kg igualando así al mismo requerimiento en el ítem 31. El ítem 4.1 quedaría entonces así: Capacidad de soporte de peso de 240 kg como mínimo	09-04-2019	02:43:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:05:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.5 solicitan: Cubierta radio transparente y soporte para chasis de RX con posibilidad de realizar RX. Creemos que en la adenda se eliminó parte de la especificación en forma involuntaria. Por lo que solicitamos que este punto quede como estaba originalmente: 4.5 Cubierta radio transparente y soporte para chasis de RX con posibilidad de realizar RX en posición sentada	09-04-2019	02:44:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:06:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando la seguridad del paciente, solicitamos respetuosamente que el punto 4.6 quede redactada de la siguiente manera: 4.6 Barandas laterales abatibles, dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de pies. Las barandas deben contar con un sistema de seguridad que evite su apertura por parte del paciente desde el lecho de la cama	09-04-2019	02:44:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:12:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La limpieza y desinfección es un factor crucial en los hospitales. Por tal motivo, y para sacar el mayor provecho a la inversión, solicitamos que la especificación 4.7 quede redactada de la siguiente manera: 4.7 Barandas de cabecera y piecera desmontables, independientes del lecho de la cama, sin ningún tipo de circuito electrónico o conexión eléctrica incluida en las mismas, construidas en material termoplastico de alta resistencia. La cabecera y piecera debe tener un mecanismo de bloqueo para evitar que se desmonten accidentalmente durante el traslado.	09-04-2019	02:44:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:13:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto 4.12 se refiere a una cuestión de diseño de la cama que es de una marca específica y que no impacta en el uso clínico de la cama. Es más, el hecho de que las asas sean abatibles significa de que hay bisagras en la cama que pueden almacenar suciedad y son de difícil remoción. Es por ello que la mayoría de los fabricantes incluyen las asas para traslado en la misma cabecera o piecera. Por consiguiente, solicitamos que el punto 4.12 quede redactado de la siguiente manera: 4.12 Asas para traslado y movimiento de la cama incorporados en la cabecera y piecera	09-04-2019	02:44:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:14:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando de que se trata de camas para cuidados críticos solicitamos agregar las siguientes especificaciones: Al menos 8 puntos de anclaje de 'facil acceso para contención del paciente Lecho construido en material termoplástico de alta resistencia, de al menos 4 secciones, desmontables, lavables, resistentes a la limpieza y desinfección Todos los motores de la cama deben tener nivel de protección contra líquidos IPX4	09-04-2019	02:45:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:14:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta que el uso de esta cama está orientado a cuidados críticos y que hoy en día la conectividad es un factor crucial para la productividad y para garantizar la seguridad del paciente, solicitamos que se la cama a cotizar cuente con el siguiente potencial: La cama debe tener la posibilidad de ser monitoreada remotamente a través de un sistema de software centralizado para controlar parámetros tales como: altura, posición de las barandas, ángulos actuales, posición de frenos, etc	09-04-2019	02:45:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:15:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la sección 5. Posiciones, solicitamos que nos permitan coitzar camas con una Altura mínima de 50cms o menos y Altura máxima de 80cms o mas. Estas alturas ya son suficientes para el buen uso de la cama y permitirá una mayor participación. Por lo tanto, solicitamos que el punto 5.1 quede redactado de la siguiente manera: 5.1 Altura ajustable (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón). Altura mínima 50 cm o menos. Altura máxima 80 cm o más.	09-04-2019	02:45:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:16:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para permitir una mayor participación, solicitamos que el punto 5.2 permita la participación de marcas con elevación de espalda de 0o a 64o. Por consiguiente, pedimos que la especificación 5.2 quede redactado así: 5.2 Elevación de la sección de espalda. Rango de 0° a 64° como mínimo. Considerando que en el punto 5.10, entre las posiciones, solicitan inclinación lateral, solicitamos que se incluya entre las especificaciones los rangos de inclinación: Inclinación lateral entre: -20° a 20° como mínimo.	09-04-2019	02:46:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:17:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para una mayor versatilidad de la cama, solicitamos que se agregue la siguiente especificación:\ Extension de la plataforma de la cama en 20 cms como mínimo.	09-04-2019	02:46:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:18:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que esta cama será utilizada para cuidados críticos en la que el paciente puede pasar mucho tiempo en la misma, para dar mayor confort al paciente y minimizar los casos de úlceras por presión, solicitamos que en la sección Posiciones se agregue un requerimiento que ayudará a minimizar estos caso. Está demostrado que una de las causas de la úlcera por presión es la presión ejercida en la zona pélvica durante los movimientos de la sección de espaldas. Este daño se evita agregando la siguiente especificación: Las secciones del dorso y de la sentadera debe tener un mecanismo de regresión automática aumentando el área entre ambas durante el movimiento de manera a reducir la presión en zona pélvica para minimizar las úlceras por presión	09-04-2019	02:46:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:19:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

La báscula de la cama está orientado a pesar lo que va encima del lecho del paciente: colchon, paciente y ropa de cama. En el punto 4.2 se indica el peso máximo que debe soportar la cama, que incluye equipos colgados en las cabeceras o los laterales. Estos equipos no son pesados normalmente por la báscula. Por consiguiente, consideramos que pedir 240Kg de capacidad de peso de una cama que podrá transportar hasta 220Kg, es exagerada. Por consiguiente, solicitamos respetuosamente que nos permitan cotizar camas con capacidad de pesar por lo menos 185Kg. Solicitamos que la especificación 8.1 quede redactada así: Báscula electrónica con capacidad de pesar por lo menos 185Kg	09-04-2019	02:46:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:20:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.7 solicitan la altura mínima de la cama. Solicitamos nos permitan cotizar camas con una altura mínima sin colchon de 41 cms o menos. De ser aceptada, la especificación 4.7 podria quedar redactada así: 4.7 Altura mínima de la cama, sin colchón, 41cm o menos.	09-04-2019	02:47:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:21:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.12 solicitan que el indicador de inclinación sea digital. Muchos fabricantes utilizan indicadores de inclinación del tipo a agua, que se sabe es mas confiable que uno digital. Por consiguiente y para permitir un mayor numero de ofertentes, solicitamos que el punto 4.12 quede redactado como sigue: 4.12 Indicador de ángulos iluminado, a ambos lados de la cama.	09-04-2019	02:47:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:22:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando la seguridad del paciente, solicitamos respetuosamente que el punto 4.14 quede redactada de la siguiente manera: 4.14 Barandas laterales rebatibles del tipo divididas, dos (02) a cada lado de la cama. Las barandas deben contar con un sistema de seguridad que evite la apertura por parte del paciente desde el lecho de la cama. Las barandillas laterales deben plegarse bajo la plataforma del colchón.	09-04-2019	02:47:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:23:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta la seguridad del paciente durante el traslado y de manera a evitar accidentes innecesarios, y para minimizar el costo de mantenimiento de la cama, sugerimos que el punto 4.20 quede redactado de la siguiente manera: 4.20 Cabecera y pierneras removibles de la cama construidas en material termoplastico de alta resistencia. No deben existir ningún tipo de circuito electrónico o conexión eléctrica incrustadas en las mismas. La cabecera y piecera debe tener un mecanismo de bloqueo para evitar que se desmonten accidentalmente durante el traslado.	09-04-2019	02:48:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:24:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos agregar la capacidad de que la cama pueda ser utilizada con Arcos en C en el punto 4.23. De esta manera, este punto quedaría redactado de la siguiente manera: 4.21 Porta Chasis de Rayos X incorporado y localizado en el respaldo de espalda. Para colocación del chasis de Rayos X sin mover al paciente. La cama debe estar preparada para el uso de arco en C	09-04-2019	02:48:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:31:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El punto 4.22 se refiere a la extensión de la cama. Pedimos que esta especificación quede redactada de la siguiente manera para permitir un mayor numero de concurrentes: 4.22 Ajuste de la extensión de la cama en 15cms como mínimo. El ajuste de la extensión puede ser manual o eléctrico.	09-04-2019	02:48:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:32:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para garantizar la calidad de la cama considerando el ambiente en el que será utilizado, solicitamos agregar la siguiente especificación: Protección contra agua y humedad IP 54	09-04-2019	02:49:05
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:33:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Considerando que esta cama será utilizada para cuidados críticos en la que el paciente puede pasar mucho tiempo en la misma, para dar mayor confort al paciente y minimizar los casos de úlceras por presión, solicitamos que en la sección Posiciones se agregue un requerimiento que ayudará a minimizar estos caso. Está demostrado que una de las causas de la úlcera por presión es la presión ejercida en la zona pélvica durante los movimientos de la sección de espaldas. Este daño se evita agregando la siguiente especificación: Regresión automática de la plataforma del colchón aumentando el área y reduciendo la presión en zona pélvica durante el movimiento de las secciones de espalda y zona pélvica, para minimizar las úlceras por presión		09-04-2019	02:49:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	14:57:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
De manera a asegurar la calidad del colchon solicitamos que la especificacion 7.1 quede redactada de la siguiente manera: 7.1 Dimensiones del colchón de acuerdo a las dimensiones de la plataforma de la cama. El colchón debe ajustar correctamente a la plataforma de la cama. El oferente deberá presentar la documentación que indique que el colchón es de la misma marca de la cama ofertada.		09-04-2019	02:49:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	14:58:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
De manera a asegurar la calidad del colchon solicitamos que la especificacion 7.7 quede redactada de la siguiente manera: La cubierta del colchón debe ser: permeable al vapor, resistente al agua, antimicrobiano, bacteriostático y fungistático. Con cremallera oculta. Desmontable para limpieza y desinfección. Presentar certificado de calidad de cumplimiento de normativas del colchón de CE MDD 93/42/EEC Clase Dispositivos Médicos		09-04-2019	02:50:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	14:59:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Tal como se expresa en el punto 1.1, la camilla es multipropósito y debe utilizarse en los procedimientos hospitalarios. Sugerimos a la convocante modificar el punto 4.2 de manera a que se requiera que la cubierta de la camilla sea radiotransparente: 4.2 Superficie de la camilla rígida. Radiotransparente, compatibles para ser usados con equipos de RX y Arco en C		09-04-2019	02:50:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	15:00:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para garantizar la seguridad del paciente sugerimos modificar el punto 4.6 y que quede de la siguiente manera: 4.6 Barandales laterales colapsables, plegables o abatibles, de funcionamiento suave y silencioso; la separación de las barras de la barandilla no debe ser superior a 22cms para minimizar el riesgo de caídas		09-04-2019	02:51:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	15:00:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para garantizar la seguridad durante el traslado y considerando que durante los rápidos movimientos de la camilla se necesita estabilidad, solicitamos aumentar el tamaño de las ruedas. De esta manera solicitamos que el punto 4.8 quede establecido de la siguiente manera: 4.8 Ruedas antiestáticas o conductivas de 20 cm de diámetro como mínimo		09-04-2019	02:51:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	15:01:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para mayor comodidad y productividad de los operarios de la camilla, solicitamos que la especificación 4.9 quede redactado así: 4.9 Sistema de frenado y direccionamiento centralizado. Con tres posiciones: freno, dirección y libre. Con control para pie en los cuatro lados de la camilla		09-04-2019	02:51:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	15:02:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Para sacar mayor provecho de los procedimientos de emergencia, solicitamos aumentar los grados del Trendelenburg y Trendelenburg Inverso. Solicitamos respetuosamente que los puntos 4.11.1 y 4.11.2 queden redactados así: 4.11.1 Trendelenburg de 18° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. 4.11.2 Trendelenburg inverso de 18° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática.	09-04-2019	02:51:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:03:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los procedimientos es importante saber el ángulo de la sección de espalda. Solicitamos agregar la presencia de un medidor del ángulo de la sección de espalda en el punto 4.11.3: 4.11.3 Sección de espalda o Fowler que cubra el rango de 0 a 65° como mínimo. Ajustable en forma hidráulica o neumática. Con indicador de ángulo de la sección de espalda.	09-04-2019	02:52:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:04:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos nos permitan cotizar camillas con una altura máxima de 85cms o mas. De esta manera, el punto 4.11.4 quedaria redactado así: 4.11.4 Altura regulable hidráulicamente mediante pedal: Altura máxima: 85 cm o más Altura mínima: 60 cm o menos	09-04-2019	02:52:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:04:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por seguridad del paciente durante los procedimientos médicos sugerimos introducir una especificación que ayudara que deslizamientos involuntarios del colchon. Por consiguiente, la especificación 4.12.1 debería quedar así: 4.12.1 Colchón de 6 cm de espesor como mínimo, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego. De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo. Con sistema antideslizamiento del colchon para evitar deslizamientos independientemente de la posición de la camilla.	09-04-2019	02:52:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:05:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos modificar el punto 4.10 para asegurar la calidad de los acolchados de la mesa. Consiguientemente, solicitamos que el punto 4.10 quede redactado de la siguiente manera: 4.10 Acolchados con espuma viscoelástica, a prueba de agua sin líneas de costura o uniones adhesivas, de al menos 7 cm adecuado para uso en cirugía, sin latex. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Deben ser de la misma marca de la mesa, antiestáticos con una resistencia máxima de 1.000.000 ohmios conforme con la norma EN 2050:1978. Debe cumplir con las normativas BS EN 597-1 y BS EN 597-2 de fuentes de ignición. Debe cumplir con los requisitos de sensibilidad/ toxicidad y citotoxicidad en la piel definidos en la norma ISO 10993. Resistencia mínima: 250 kg	09-04-2019	02:53:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:06:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos modificar el punto 4.10 para asegurar la calidad de los acolchados de la mesa. Consiguientemente, solicitamos que el punto 4.10 quede redactado de la siguiente manera: 4.10 Acolchados con espuma viscoelástica, a prueba de agua sin líneas de costura o uniones adhesivas, de al menos 7 cm adecuado para uso en cirugía, sin latex. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Deben ser de la misma marca de la mesa, antiestáticos con una resistencia máxima de 1.000.000 ohmios conforme con la norma EN 2050:1978. Debe cumplir con las normativas BS EN 597-1 y BS EN 597-2 de fuentes de ignición. Debe cumplir con los requisitos de sensibilidad/ toxicidad y citotoxicidad en la piel definidos en la norma ISO 10993. Resistencia mínima: 250 kg	09-04-2019	02:54:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:06:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para sacar mayor provecho a la mesa, solicitamos que el punto 5.3 quede redactado así: 5.3 Trendelenburg directo e inverso: -45° ó menor a +30° ó mayor (eléctrica)	09-04-2019	02:54:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:07:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El punto 5.8 se refiere al desplazamiento longitudinal de la mesa. El desplazamiento normalmente es utilizado para permitir que los equipos de RX o Arco en C tengan mejor acceso al paciente. Solicitamos nos permitan cotizar mesas con 45 cms de desplazamiento longitudinal que ya son suficientes para el modelo de mesa que queremos ofertar y que cumplirá con el objetivo de la convocante. Por consiguiente solicitamos que el punto 5.8 quede redactado así: 5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 45 cm en total	09-04-2019	02:54:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:08:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos modificar el punto 4.10 para asegurar la calidad de los acolchados de la mesa. Consiguientemente, solicitamos que el punto 4.10 quede redactado de la siguiente manera: 4.10 Acolchados con espuma viscoelástica, a prueba de agua sin líneas de costura o uniones adhesivas, de al menos 7 cm adecuado para uso en cirugía, sin latex. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Deben ser de la misma marca de la mesa, antiestáticos con una resistencia máxima de 1.000.000 ohmios conforme con la norma EN 2050:1978. Debe cumplir con las normativas BS EN 597-1 y BS EN 597-2 de fuentes de ignición. Debe cumplir con los requisitos de sensibilidad/ toxicidad y citotoxicidad en la piel definidos en la norma ISO 10993. Resistencia mínima: 250 kg	09-04-2019	02:55:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:08:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para sacar mayor provecho a la mesa, solicitamos que el punto 5.3 quede redactado así: 5.3 Trendelenburg directo e inverso: -45° ó menor a +30° ó mayor (eléctrica)	09-04-2019	02:55:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:09:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El punto 5.8 se refiere al desplazamiento longitudinal de la mesa. El desplazamiento normalmente es utilizado para permitir que los equipos de RX o Arco en C tengan mejor acceso al paciente. Solicitamos nos permitan cotizar mesas con 45 cms de desplazamiento longitudinal que ya son suficientes para el modelo de mesa que queremos ofertar y que cumplirá con el objetivo de la convocante. Por consiguiente solicitamos que el punto 5.8 quede redactado así: 5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 45 cm en total	09-04-2019	02:55:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:10:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos modificar el punto 4.10 para asegurar la calidad de los acolchados de la mesa. Consiguientemente, solicitamos que el punto 4.10 quede redactado de la siguiente manera: 4.10 Acolchados con espuma viscoelástica, a prueba de agua sin líneas de costura o uniones adhesivas, de al menos 7 cm adecuado para uso en cirugía, sin latex. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Deben ser de la misma marca de la mesa, antiestáticos con una resistencia máxima de 1.000.000 ohmios conforme con la norma EN 2050:1978. Debe cumplir con las normativas BS EN 597-1 y BS EN 597-2 de fuentes de ignición. Debe cumplir con los requisitos de sensibilidad/ toxicidad y citotoxicidad en la piel definidos en la norma ISO 10993. Resistencia mínima: 250 kg	09-04-2019	02:56:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:11:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para sacar mayor provecho a la mesa, solicitamos que el punto 5.3 quede redactado así: 5.3 Trendelenburg directo e inverso: -45° ó menor a +30° ó mayor (eléctrica)	09-04-2019	02:56:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:12:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El punto 5.8 se refiere al desplazamiento longitudinal de la mesa. El desplazamiento normalmente es utilizado para permitir que los equipos de RX o Arco en C tengan mejor acceso al paciente. Solicitamos nos permitan cotizar mesas con 45 cms de desplazamiento longitudinal que ya son suficientes para el modelo de mesa que queremos ofertar y que cumplirá con el objetivo de la convocante. Por consiguiente solicitamos que el punto 5.8 quede redactado así: 5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 45 cm en total	09-04-2019	02:56:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:13:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Sugerimos modificar el punto 4.10 para asegurar la calidad de los acolchados de la mesa. Consiguientemente, solicitamos que el punto 4.10 quede redactado de la siguiente manera: 4.10 Acolchados con espuma viscoelástica, a prueba de agua sin líneas de costura o uniones adhesivas, de al menos 7 cm adecuado para uso en cirugía, sin latex. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Deben ser de la misma marca de la mesa, antiestáticos con una resistencia máxima de 1.000.000 ohmios conforme con la norma EN 2050:1978. Debe cumplir con las normativas BS EN 597-1 y BS EN 597-2 de fuentes de ignición. Debe cumplir con los requisitos de sensibilidad/ toxicidad y citotoxicidad en la piel definidos en la norma ISO 10993. Resistencia mínima: 250 kg	09-04-2019	02:57:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:13:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para sacar mayor provecho a la mesa, solicitamos que el punto 5.3 quede redactado así: 5.3 Trendelenburg directo e inverso: -45° ó menor a +30° ó mayor (eléctrica)	09-04-2019	02:57:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:14:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El punto 5.8 se refiere al desplazamiento longitudinal de la mesa. El desplazamiento normalmente es utilizado para permitir que los equipos de RX o Arco en C tengan mejor acceso al paciente. Solicitamos nos permitan cotizar mesas con 45 cms de desplazamiento longitudinal que ya son suficientes para el modelo de mesa que queremos ofertar y que cumplirá con el objetivo de la convocante. Por consiguiente solicitamos que el punto 5.8 quede redactado así: 5.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 45 cm en total	09-04-2019	02:57:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:15:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 9.1 Favor aclarar si el modo de nebulización debe ser: Continua sin control del tiempo y por control y ajuste del tiempo de nebulización. Consulta 9.2 Por definición la nebulización es el depósito de partículas aerosolizadas de 1 a 5um de tamaño para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, favor aclarar si el sistema de nebulización debe ser electrónico controlado y desde la pantalla del ventilador que debe cumplir con este rango del tamaño de partículas y que no debe modificar el volumen corriente del ventilador. Porque existen sistemas de nebulización que no son nebulizadores y poseen salidas con flujo constante que son conectadas a un nebulizador externo y que modifican el volumen corriente programado por el intensivista. Consulta 9.3 Se recomienda que el ventilador posea disparo por flujo o por presión y no solamente una de ellas, porque el disparo por flujo es más fisiológico y el disparo por presión continúa siendo utilizado en la actualidad. Consulta 9.4 En las especificaciones se solicita control por I:E pero se solicita que el tiempo inspiratorio y espiratorio o total sea opcional. Si se controla la relación I:E se debe presentar el Tiempo inspiratorio y Espiratorio o total y vice-versa. Favor no considerar este requerimiento opcional. Consulta 9.5 El objetivo de la ventilación mecánica es disminuir el trabajo respiratorio de forma general. Por lo tanto, se solicita no considerar el trabajo respiratorio del paciente y del ventilador opcionales ya que La presencia de desadaptación o asincronía paciente-ventilador representa un aumento del trabajo respiratorio y es un valor que sirve de referencia para el usuario. Consulta 9.6 Favor aclarar definir claramente si El equipo tendrá un compresor o turbina de respaldo. Porque actualmente las especificaciones son confusas. En el caso de ventiladores con turbina favor considerar que el ventilador que posee turbina no posee entrada de aire comprimido a un sistema de aire comprimido centralizado ya que la turbina sustituye al sistema centralizado de aire comprimido. Consulta 9.7 Se consulta si se puede ofertar equipos con una compensación de fugas de 60LPM o mayor, ya que el fracaso de la ventilación no invasiva está relacionada con la capacidad del ventilador de compensar fugas provocadas por los accesorios externos como máscaras o cánulas. Consulta 9.8 Debido a que se solicitan 4 curvas sin considerar los otros parámetros monitorizados, se recomienda una pantalla touchscreen color de mínimo 12 pulgadas. Una pantalla de 8 pulgadas es muy pequeña para tanta información tanto de cantidad de curvas como de parámetros monitorizados. Consulta 9.9 Favor aclarar si el equipo debe presentar el valor de la Fracción de fugas (%) en VNI, de forma a que el usuario use esta información como referencia para ajustar la interface del paciente Consulta 9.10 Total fase es un modelo ofertado por PHILIPS RESPIRONICS, favor utilizar el termino mascara naso-bucal total. Porque de lo contrario solamente un oferente podrá cotizar este ítem. Consulta 9.11 Creemos que existe un error, en las especificaciones solicitan autonomía de batería de 30min. Considerando que el equipo posee turbina o compresor, este equipo podría ser utilizado para transporte intrahospitalario para por ejemplo traslados a salas de tomografía o RX, por lo que una autonomía de 30min es insuficiente. Solicitamos aumentar la autonomía de la batería a 2hs o mayor. Consulta 9.12 Favor aclarar si la cámara de humidificación reutilizable debe ser con sistema de autollenado. Consulta 9.13 Favor aclarar si el circuito paciente debe tener trampa de agua en la rama inspiratoria y en la rama expiratoria y si deben ser siliconados y autoclavables.	09-04-2019	05:06:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:16:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA 101.1: Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de protección contra sobrecarga de corriente. CONSULTA 101.2: Favor aclarar si el equipo debe poseer en el modo bipolar inicio y parada automática de la coagulación bipolar, recomendado para evitar errores en la coagulación. CONSULTA 101.3: Favor aclarar si el pedal de accionamiento solicitado es del tipo doble, para corte (de color Amarillo) y coagulación (de color Azul). En nuestro caso estos pedales también sirven para corte y coagulación bipolar porque el equipo reconoce la modalidad de trabajo y configura los pedales automáticamente. Por lo tanto consultamos si en este caso ya no es necesario ofertar un pedal bipolar porque sería redundante y desnecesaria. CONSULTA 101.4: Favor aclarar si el equipo debe realizar corte y coagulación por gas Argón porque las especificaciones están confusas. CONSULTA 101.5: Se consulta si el equipo debe contar con resistencia al impulso de desfibrilación de acuerdo a la IEC 60601-1 CONSULTA 101.6: Se consulta si el equipo debe contar con modos para endoscopia. CONSULTA 101.7: Favor aclarar el tamaño de los si los electrodos neutros solicitados deben poder ser utilizados indistintamente por paciente adultos y niños. También favor aclarar que los electrodos neutros son de superficie dividida. Se recomienda de superficie divida para la medición de la impedancia de contacto. Consulta 101.8 En las especificaciones se solicita que el equipo debe tener un sistema informático para limitar la potencia con electrodos finos. Favor aclarar si el equipo debe identificar y detectar automáticamente el instrumento conectado a su salida y seleccionar automáticamente los modos en los que se puede usar y establece los parámetros de funcionamiento sugeridos para el instrumento detectado. Consulta 101.9 Favor aclarar si el equipo debe tener pantalla de control del tipo touchscreen color Consulta 101.10 Favor aclarar si el equipo debe poseer monitor de potencia muestra la potencia de salida instantánea y el valor de la potencia promedio una vez completado el proceso de corte o coagulación. Consulta 101.11 Consideramos que una memoria para configuración de 100 usuarios dirige las especificaciones. Se consulta si se puede cotizar equipos con configuración para 10 usuarios o mayor. Consulta 101.12 Se consulta si el equipo debe poseer modo para sellado automático de vasos. Consulta 101.13 Consideramos que para cirugía general una potencia de corte puro de 300W y una potencia de coagulación monopolar de 120W es insuficiente, principalmente en Urología. Recomendamos una potencia de corte puro de 400W o mejor y una potencia de coagulación monopolar de 200W o mejor para atender cualquier tipo de cirugía. Consulta 101.14 En las especificaciones no se especificaron los valores de corte bipolar y coagulación bipolar. Como en corte y coagulación monopolar, se recomienda para cirugía general un corte bipolar de 400W y una coagulación bipolar de 200W. Favor especificar los valores de estos modos bipolares.	09-04-2019	05:41:58
--	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consulta 101.1 Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 101.2 Remitirse a la Adenda N° 22 Consulta 101.3 Remitirse a la Adenda N° 22 Consulta 101.4 Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 101.5 Remitirse Adenda 22. Consulta 101.6 Remitirse a la Adenda N° 22 Consulta 101.7 Remitirse a la Adenda N° 22 Consulta 101.8 No es limitante, puede ofertar, Remitirse a la Adenda N° 22 Consulta 101.9 No es limitante, puede ofertar, Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:30:47

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 32.1 Se consulta si se pueden cotizar camas con Trendelemburg/Trendelemburg inverso de +/-12° o mayor rango, porque una angulación superior a +/-15° el paciente tiende a desplazarse sobre el colchón. Consulta 32.2 Se consulta si se pueden cotizar camas con altura máxima de 78cm o mayor. Una altura superior a 70cm no tiene una aplicación terapéutica y cuanto mayor la altura mayor el centro de gravedad y más inestable la cama. Consulta 32.3 Se consulta si se pueden cotizar camas con elevación de respaldo de 0 a 60° o mejor rango. Consulta 32.4 Favor considerar la posición de inclinación lateral como opcional porque dirige las especificaciones a un solo fabricante. Consulta 32.5 Se consulta si la cama debe poseer medidor digital de ángulos de la inclinación de la cama. Consulta 32.6 Se consulta si la cama debe poseer RCP eléctrico accionado con un solo botón a través del panel de control. Consulta 32.7 Se consulta si la balanza electrónica debe estar incorporada a la cama, porque de lo contrario se pueden ofertar balanzas externas. Consulta 32.8 Se consulta si la balanza electrónica debe poseer botón mantenimiento de peso, de forma que se pueda agregar o remover accesorios a la cama (almohadas, frazadas, etc.) sin modificar el peso original del paciente. Consulta 32.9 Se consulta si la balanza electrónica debe poseer alarma de salida de paciente, con sensibilidad ajustable. Esta alarma sirve para indicar cuando el paciente abandona la cama sin autorización del personal médico. Consulta 32.10 Se consulta si la balanza electrónica debe poseer botón de memoria para guardar valores de peso relevantes. Consulta 32.11 Favor aclarar si la cama debe poseer barandillas divididas abatibles a cada lado con controles integrados con botones iluminados. Los controles internos son para el paciente y los externos para la enfermera. Consulta 32.12 La cama con balanza es una cama que se usa en UTL, por lo tanto solicitar un cilindro de O2 con la cama es innecesario. Favor considerar este ítem opcional. Consulta 32.13 Las indicadores o alarmas de alimentación eléctrica y batería son recomendaciones de seguridad para equipos médicos IEC 60601-1 e IEC 60601-2-52, recomendamos no considerar estos ítems opcionales.	09-04-2019	06:06:02

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consulta 32.1 Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 32.2 Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 32.3 Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 32.4 Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 32.5 No es limitante, puede ofertar, Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 32.6 Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 32.7 Debe estar incorporada a la Cama. Consulta 32.8 No es limitante, puede ofertar, Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:33:24

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 32.14 Se consulta si se pueden cotizar camas con superficie del paciente con ancho de 88cm o mayor.	09-04-2019	06:10:47

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:33:51

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 32.15 Favor aclarar si el sector del paciente debe estar dividido en cuatro (04) secciones, porque no se especifica. Y si todas las secciones de la plataforma del paciente deben ser leves y desmontables para su lavado y desinfección.	09-04-2019	06:28:24

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:34:36

CONSULTA		
----------	--	--

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 31.1 Se consulta si se pueden cotizar camas con ancho total de 101,5cm como máximo. Consulta 31.2 Se consulta si se pueden cotizar camas con superficie del paciente con ancho de 86cm o mayor. Consulta 31.3 Favor aclarar si la cama debe poseer barandillas divididas abatibles a cada lado con controles integrados con botones iluminados. Los controles internos son para el paciente y los externos para la enfermera. Consulta 31.4 Las indicadores o alarmas de alimentación eléctrica y batería son recomendaciones de seguridad para equipos médicos IEC 60601-1 e IEC 60601-2-52, recomendamos no considerar estos ítems opcionales. Consulta 31.5 Se consulta si el equipo debe poseer panel de control centralizado para enfermería	09-04-2019	06:29:31

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consulta 31.1 Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 31.2 Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 31.3 No se limita, puede ofertar, Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 31.4 Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 31.5 No se limita, puede ofertar, Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:37:31

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 67.1 Se consulta si el equipo debe poseer sistema de compensación automática de la disminución de la intensidad, inherente a la tecnología de los LEDs, para mantener una iluminación constante durante todo el procedimiento quirúrgico. Consulta 67.2 Favor aclarar si la scialitica debe tener luz de ambiente para cirugías laparoscópicas. Consulta 67.3 En las especificaciones no se especifican la Profundidad de iluminación al 20% y la Profundidad de iluminación al 60%, como recomendado por la IEC 60601-2-41. Se recomiendan una Profundidad de iluminación al 20% de 100cm o mayor y la Profundidad de iluminación al 60% de 50cm o mayor, Consulta 67.4 Favor aclarar si el diámetro del campo luminoso debe ser ajustable electrónicamente. Consulta 67.5 En las especificaciones no se especifican el rendimiento de la scialitica ante la presencia de sombras. Se recomienda como mínimo: En presencia de una máscara 41% o mayor: En presencia de dos máscaras: 48% o mayor, En el fondo de un tubo: 100%, En presencia de una máscara en el fondo de un tubo: 42% o mayor, En presencia de dos máscaras en el fondo de un tubo: 49% o mayor. Como lo establece la IEC 60601-2-41. Consulta 67.6 En las especificaciones se solicita Led blanco de al menos 60 leds. No todos los fabricantes usan exactamente 60 leds, algunos usan más y algunos usan menos. Lo importante es que atiendan la IEC 60601-2-41 Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las luminarias quirúrgicas y las luminarias para diagnóstico. Favor considerar esta cantidad de 60 leds opcional porque dirige las especificaciones a un fabricante en particular. Consulta 67.7 En las especificaciones se solicita Diámetro del cabezal de 60cm o mayor. No todos los fabricantes fabrica cabezales con un diámetro exacto de 60cm. No todos los diseños de cabezales son circulares, algunos son tipo pétalos, algunos tipos alas, etc. Lo importante es que atiendan la IEC 60601-2-41 Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las luminarias quirúrgicas y las luminarias para diagnóstico. Favor considerar el diámetro del cabezal de 60cm o mayor como opcional porque dirige las especificaciones a un fabricante en particular. Consulta 67.8 En las especificaciones se solicitan vida útil de los leds de 30.000hs. creemos que es muy poco y denotan la baja calidad de los leds. Hoy en día la vida útil de los leds es de 50.000hs o mayor. Favor verificar y corregir si necesario. Consulta 67.9 En las especificaciones se solicita Aumento y disminución de la intensidad luminosa. Favor aclarar si la scialitica debe poseer fuente de control digital con ajuste de 10% a 100%. Consulta 67.10 Se consulta si La Irradiancia total máxima de las dos cúpulas principal y satélite no debe superar 1.000 W/m² para las dos cúpulas en total, de acuerdo a la IEC 60601-2-41. Favor aclarar. Consulta 67.11 Se consulta si las cúpulas debe poseer sistema de fijación con arco doble que permita sobre el eje del brazo principal y el eje del brazo secundario un giro de 360°, sin topes o trabas. Consulta 67.12 Solicitamos considerar la batería interna con autonomía de 1 hora opcional ya que un quirófano por Norma técnica tiene que tener respaldo de generadores. Consulta 67.13 Se consulta si la scialitica debe tener una relación del diámetro d50/d10 superior al 0,50 como lo establece la IEC 60601-2-41, para homogeneidad de la iluminación.	09-04-2019	07:14:13

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consulta 67.1 No es limitante, puede ofertar Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 67.2 No es limitante, puede ofertar Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 67.3 No es limitante, puede ofertar Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 67.4 No es limitante, puede ofertar Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 67.5 No es limitante, puede ofertar Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 67.6 Remitirse a la Adenda N° 22 Consulta 67.7 Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 67.8 Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 67.9 No es limitante, puede ofertar Remitirse a la Adenda 22. Consulta 67.10 Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 67.11 No es limitante, puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 67.12 Remitirse a la Adenda N° 22. Consulta 67.13 No es limitante puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:38:53

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 66.1 Se consulta si el equipo debe poseer sistema de compensación automática de la disminución de la intensidad, inherente a la tecnología de los LEDs, para mantener una iluminación constante durante todo el procedimiento quirúrgico. Consulta 66.2 En las especificaciones no se especifican la Profundidad de iluminación al 20% y la Profundidad de iluminación al 60%, como recomendado por la IEC 60601-2-41. Se recomiendan una Profundidad de iluminación al 20% de 180cm o mayor y la Profundidad de iluminación al 60% de 120cm o mayor, Consulta 66.3 En las especificaciones no se especifican el rendimiento de la scialitica ante la presencia de sombras. Se recomienda como mínimo: En presencia de una máscara 5% o mayor: En presencia de dos máscaras: 55% o mayor, En el fondo de un tubo: 100%, En presencia de una máscara en el fondo de un tubo: 5% o mayor, En presencia de dos máscaras en el fondo de un tubo: 55% o mayor. Como lo establece la IEC 60601-2-41. Consulta 66.4 En las especificaciones se solicita Led blanco de al menos 45 leds. No todos los fabricantes usan exactamente 45 leds, algunos usan más y algunos usan menos. Lo importante es que atiendan la IEC 60601-2-41 Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las luminarias quirúrgicas y las luminarias para diagnóstico. Favor considerar esta cantidad de 45 leds opcional porque dirige las especificaciones a un fabricante en particular. Consulta 66.5 En las especificaciones se solicitan vida útil de los leds de 30.000hs. creemos que es muy poco y denotan la baja calidad de los leds. Hoy en día la vida útil de los leds es de 50.000hs o mayor. Favor verificar y corregir si necesario. Consulta 66.6 Se consulta si La Irradiancia total máxima de las dos cúpulas principal y satélite no debe superar 500 W/m², de acuerdo a la IEC 60601-2-41. Favor aclarar. Consulta 66.7 Se consulta si la batería interna debe ser original del fabricante y debe estar incorporada en la estructura de la scialitica. O si se aceptaran sistemas del tipo No break. Consulta 66.8 Se consulta si la scialitica debe tener una relación del diámetro d50/d10 superior al 0,50 como lo establece la IEC 60601-2-41, para homogeneidad de la iluminación.	09-04-2019	07:26:49

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
----------------------	-------	------

Listado de Consultas

Consulta 66.1 : No es limitante, puede ofertar. Remitirse a Adenda N° 22. Consulta 66.2 Remitirse a adenda N° 22. Consulta 66.3 Remitirse a adenda N° 22. Consulta 66.4 Remitirse a adenda N° 22. Consulta 66.5 Remitirse a adenda N° 22. Consulta 66.6 Los certificados de conformidad solicitados (CE, FDA o JIS) contemplan los estándares o normativas de seguridad mencionados. Remitirse a adenda N° 22. Consulta 66.7 No es limitante, puede ofertar sistema de baterías internas de la misma marca. El sistema de respaldo debe estar inserto en la estructura de la scialitica. No se aceptaran sistemas del tipo No break. Remitirse a adenda N° 22. Consulta 66.8 Los certificados de conformidad solicitados (CE, FDA o JIS) contemplan los estándares o normativas de seguridad mencionados. Remitirse a adenda N° 22.		28-05-2019	15:40:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE: 105.4.1.4 FILTRO ANTI MOIRE CONSULTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SEA UN ÍTEM OPCIONAL O BIEN ELIMINAR ESTE REQUISITO, YA QUE SE TRATA DE UNA ESPECIFICACIÓN QUE NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL LLAMADO, FILTRO ANTI MOIRE NO SE USA PARA EQUIPOS DE VIDEOS, SOLO PARA EQUIPOS DE FIBRA		09-04-2019	07:56:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	15:40:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE. 105.4.1.8 SALIDAS DE SEÑAL COMPUESTA, RGB, DV Y S-VIDEO, DEBERÁ PROVEER TODOS LOS CABLES POR CADA TIPO DE SALIDA PARA SU CONEXIÓN CONSULTA: SE PODRÍA CONSIDERAR OFERTAR CON SALIDAS DE SEÑAL, ¿RGB, S-VIDEO, DVI Y HD SDI? LAS MEJORES SEÑALES DE VIDEO SE OBTIENE DESDE LAS SALIDAS HD-SDI Y DVI		09-04-2019	08:00:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	15:41:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE: 105.4.1.9 LENTE ZOOM PARFOCAL INTEGRADO CONSULTA: ¿SE PUEDE CONSIDERAR ESTO COMO OPCIONAL? ESTO ES UN REQUISITO PARA UN CABEZAL DE CÁMARA DE LAPAROSCOPIA Y NO CORRESPONDE AL ÍTEM NI A LA NATURALEZA DEL LLAMADO		09-04-2019	08:02:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	15:41:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 24 - BARRAS PARALELAS Sub Ítem 24.4.2. - Ancho ajustable de 65 cm o menos a 98 cm o más. Solicitamos al Convocante posibilidad de cotizar: Ancho ajustable de 40 cm o menos a 60 cm o más.		09-04-2019	08:05:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	15:42:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 25 – BASTONES Sub Ítem 25.3.3. - Brazaletes ajustable. Solicitamos este punto sea Opcional.		09-04-2019	08:05:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	15:43:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 27 – BIPEDESTADOR Sub Ítem 27.3.2. - Posee posicionadores de tronco laterales regulables hasta ángulos de 30°. Solicitamos posibilidad que este punto sea Opcional.		09-04-2019	08:05:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	15:43:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 27 – BIPEDESTADOR Sub Ítem 27.3.7. - Para pacientes con altura entre 125 y 155 cm. Considerando que el Bipedestador es pediátrico solicitamos a la convocante la cotización de: "Para pacientes con altura entre 70 y 124 cm. o rango mayor".		09-04-2019	08:06:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	15:44:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 38 - CAMILLA DE INSPECCION GINECOLOGICA Sub Ítem 38.3.1. - Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos permitan la cotización de: Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar mayor participación de oferentes nacionales.		09-04-2019	08:06:17

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:44:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 38 - CAMILLA DE INSPECCION GINECOLOGICA Sub Ítem 38.4.3. - Trendelenburg y Trendelenburg inverso. Solicitamos al Convocante este sub ítem sea declarado Opcional, ya que se trata de una camilla para inspección.	09-04-2019	08:06:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:51:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 38 - CAMILLA DE INSPECCION GINECOLOGICA Sub Ítem 38.4.9. - Ruedas con sistema de freno en las 4 ruedas. Las camillas ginecológicas no poseen ruedas, ya que son para inspección fija, no son para traslado de pacientes, por lo que no deberían poseer ruedas. En ese sentido solicitamos permitan la cotización de Base estable con regatones de plástico o se declare Opcional este sub ítem.	09-04-2019	08:07:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:52:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 38 - CAMILLA DE INSPECCION GINECOLOGICA Sub Ítem 38.4.10. - Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). Al parecer se trata de un error – involuntario – del Convocante, la camilla de inspección solicitada no posee movimientos eléctricos, por favor eliminar este requerimiento.	09-04-2019	08:07:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:52:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 50 - ELECTROESTIMULADOR CON CORRIENTE FES Sub ítem 50.5.1 - Con ancho de pulso en el rango de 10 y 1000 µs. Solicitamos al Convocante permita la cotización: Con ancho de pulso en el rango de 10 y 500 µs o mayor.	09-04-2019	08:07:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:53:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 50 - ELECTROESTIMULADOR CON CORRIENTE FES Sub ítem 50.6.1 - Control de ancho de pulso entre 20 y 900 µs. Solicitamos al Convocante permita la cotización: Control de ancho de pulso entre 20 y 500 µs o mayor.	09-04-2019	08:08:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:55:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 50 - ELECTROESTIMULADOR CON CORRIENTE FES Sub ítem 50.7.2 - Control de frecuencia de pulso entre 0,1 y 1000 Hz. Solicitamos al Convocante permita la cotización: Control de frecuencia de pulso entre 0,1 y 500 Hz o más.	09-04-2019	08:08:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:56:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 105.4.1.10 TECLADO QWERTY PARA EL REGISTRO DE DATOS DEL PACIENTE CON CARACTERES EN ESPAÑOL CONSULTA ¿SE PUEDE OFERTAR CON TECLADO PARA EL REGISTRO DE DATOS PARA EL PACIENTE Y OTRAS FUNCIONES? EL TECLADO QWERTY YA NO ES PRODUCIDO POR NINGÚN FABRICANTE	09-04-2019	08:08:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:57:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 50 - ELECTROESTIMULADOR CON CORRIENTE FES Sub ítem 50.9.3 - Batería recargable. Solicitamos al Convocante declarar OPCIONAL este numeral o se elimine; considerando que esta tipo de equipos no operan con baterías.	09-04-2019	08:08:46

Listado de Consultas

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	15:58:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 53: EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA Sub ítem 53.3.4. - Al menos 100 memorias para almacenar programas establecidos por el usuario Solicitamos permitan la cotización de: Al menos 100 memorias para almacenar programas establecidos por el usuario (Opcional), para posibilitar mayor participación de oferentes.		09-04-2019	08:09:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	15:58:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 55 - EQUIPO NEUROESTIMULADOR TRASCUTANEO NEUROMUSCULAR (PORTATIL) Sub ítem 55.5.1 - Con ancho de pulso en el rango de 10 y 1000 µs. Solicitamos al Convocante permita la cotización: Con ancho de pulso en el rango de 10 y 500 µs o mayor.		09-04-2019	08:09:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	15:59:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 55 - EQUIPO NEUROESTIMULADOR TRASCUTANEO NEUROMUSCULAR (PORTATIL) Sub ítem 55.6.1 - Control de ancho de pulso entre 20 y 900 µs. Solicitamos al Convocante permita la cotización: Control de ancho de pulso entre 20 y 500 µs o mayor.		09-04-2019	08:09:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	16:01:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 55 - EQUIPO NEUROESTIMULADOR TRASCUTANEO NEUROMUSCULAR (PORTATIL) Sub ítem 55.7.2 - Control de frecuencia de pulso entre 0,1 y 1000 Hz. Solicitamos al Convocante permita la cotización: Control de frecuencia de pulso entre 0,1 y 500 Hz o más.		09-04-2019	08:09:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	16:01:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 55 - EQUIPO NEUROESTIMULADOR TRASCUTANEO NEUROMUSCULAR (PORTATIL) Sub ítem 55.9.3 - Batería recargable. Solicitamos al Convocante declarar OPCIONAL este numeral o se elimine; considerando que esta tipo de equipos no operan con baterías.		09-04-2019	08:10:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	16:02:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 58 - ESCALERA DE ENTRENAMIENTO Sub ítem 58.3.5 - Módulo 2: Seis peldaños de 10 cm (±10%) de altura. Solicitamos permitan la cotización de: Módulo 2: tres o más peldaños de 10 cm (±10%) de altura.		09-04-2019	08:10:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	16:03:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 59 - ESCALERA DE DEDOS Sub ítem 59.3.5 - Medidas: 100 cm de largo x 6 cm de ancho. Solicitamos permitan la cotización de: Medidas: 80 cm de largo o más x 6 cm de ancho o más.		09-04-2019	08:10:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	16:03:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 59 - ESCALERA DE DEDOS Sub ítem 59.3.5 - Compuesta de 28 peldaños de 3 cm cada uno. Solicitamos permitan la cotización de: Compuesta de 20 peldaños o más de 3 cm cada uno o mayor rango.		09-04-2019	08:10:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	16:04:49
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 65 – HIDROCOLLATOR Sub Ítem 65.4.5. - Altura de 70 cm. o más (sin las ruedas), 60 cm. de largo o más, 40 cm de ancho o más. Solicitamos al Convocante permita la cotización de: "Altura de 50 cm. o más (sin las ruedas), 40 cm. de largo o más, 30 cm de ancho o más" para posibilitar mayor cantidad de oferentes.	09-04-2019	08:11:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:11:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 65 – HIDROCOLLATOR Sub Ítem 65.4.7. - Sistema de visualización de la temperatura instantánea del depósito. Con sistema de control automático. Solicitamos al Convocante declare opcional este requisito.	09-04-2019	08:13:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:12:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 68 – LAMPARA CUELLO DE CISNE Sub Ítem 68.3.1. - Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos permitan la cotización de: Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar la participación de oferentes nacionales.	09-04-2019	08:13:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:12:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 69 - LAMPARA INFRARROJA Sub Ítem 69.4.3. - Sobre base metálica o ABS inyectado de alto impacto, rodante con frenos. Solicitamos al Convocante declarar esta parte: con frenos. Opcional	09-04-2019	08:13:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:13:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 85 - SILLA DE RUEDAS Sub Ítem 85.4.3. - Respaldo ajustable en la altura. Solicitamos tengan a bien considerar la cotización de: Respaldo ajustable en la altura o Respaldo fijo.	09-04-2019	08:14:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:14:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 85 - SILLA DE RUEDAS Sub Ítem 85.4.9. - Las ruedas traseras y delanteras, deberá asegurarse que soporten una carga de trabajo a la compresión o flexión no inferior a los 120 (ciento veinte) kg cada una. Solicitamos al Convocante permita la cotización de: Las ruedas traseras y delanteras, deberá asegurarse que soporten una carga de trabajo a la compresión o flexión no inferior a los 120 (ciento veinte) kg en conjunto. O Las ruedas traseras y delanteras, deberá asegurarse que soporten una carga de trabajo a la compresión o flexión no inferior a los 75 (setenta y cinco) kg cada una.	09-04-2019	08:14:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:15:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 85 - SILLA DE RUEDAS Sub Ítem 85.4.10.4 – Donde dice: y en la parte inferior en 2 (dos) extremos en forma de palanca con 2 (dos) pedalines que permita inclinar la silla, para facilitar el ascenso y descenso de escalones a la persona que ayude. Solicitamos que esta parte: 2 (dos) pedalines sea eliminado o declarado.	09-04-2019	08:14:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:17:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 100: ULTRASONIDO TERAPEUTICO Sub Ítem 100.3.14. - Al menos 30 Programas de tratamiento preestablecidos. Solicitamos permitan la cotización de: Al menos 05 Programas o más de tratamiento preestablecidos como mínimo, para posibilitar mayor participación de oferentes.	09-04-2019	08:15:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:17:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ítem 100: ULTRASONIDO TERAPEUTICO Sub Ítem 100.3.15. - Al menos 100 memorias para almacenar programas establecidos por el usuario. Solicitamos permitan la cotización de: Al menos 100 memorias para almacenar programas establecidos por el usuario (Opcional), para posibilitar mayor participación de oferentes.	09-04-2019	08:15:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:18:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 105.4.1.25 FILTRO DIGITAL Y CONTROL DE CONTRASTE CONSULTA: ¿SE PODRÍA CONSIDERAR ESTO COMO UN ÍTEM OPCIONAL O BIEN CONSIDERAR COMPATIBLE CON FILTRO ÓPTICO O DIGITAL?	09-04-2019	08:16:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:18:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 105.4.3 FUENTE DE LUZ LED CONSULTA ¿SE PUEDE CONSIDERAR OFERTAR CON FUENTE DE LUZ LED O XENON DE 300 WATTS?	09-04-2019	08:17:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:19:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 105.4.3.1 LUZ FRÍA CON TECNOLÓGICA LED. DEBERÁ PROVEER 2 UNIDADES DE LAMPARAS DE REPUESTO CONSULTA: ¿SE PUEDE CONSIDERAR OFERTAR LUZ FRÍA DE TECNOLOGÍA LED O XENÓN? Y EN CASO DE QUE SEA XENON PROVEER 2 LAMPARAS DE REPUESTO	09-04-2019	08:19:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:19:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 105.4.3.2 TEMPERATURA DE COLOR DE 6000K O MAS. INCLUIR 3 LAMPARAS ADICIONALES DE REPUESTO POR CADA EQUIPO CONSULTA: ¿SE PUEDE CONSIDERAR ESTE ÍTEM COMO OPCIONAL?, ANTERIORMENTE YA SE SOLICITA LAMPARAS DE REPUESTO Y NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO 105.4.3.1	09-04-2019	08:23:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:20:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 105.4.3.3 REGULACIÓN MANUAL DE INTENSIDAD LUMINOSA PROGRESIVA CONSULTA ¿SE PUEDE CONSIDERAR OFERTAR CON REGULACIÓN MANUAL O AUTOMÁTICA DE INTENSIDAD LUMINOSA?	09-04-2019	08:25:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:20:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 105.4.5.2 PANELES DIVISORES PARA LOS EQUIPOS DOS PUERTAS CON LLAVE Y UNA GAVETA CONSULTA: ¿SE PUEDE OFERTAR CON PANELES DIVISORES PARA LOS EQUIPOS CON SOPORTE PARA MONITOR CON BRAZO MÓVIL PARA POSICIONAR EL MONITOR EN DISTINTAS POSICIONES, ÁNGULOS Y ALTURAS?	09-04-2019	08:27:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:21:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Consulta 75.1 Se consulta si la placa de piernas bi-partida debe tener articulación doble en cada placa para mejorar el acceso entre las piernas. Consulta 75.2. Favor aclarar si el soporte de piernas ginecologico es del tipo GOEPEL y si se solicita un par. También se consulta si los soportes para muslos (1 par) de altura y ángulo regulables solicitados en los accesorios, son los mismos soportes para piernas ginecológicos del tipo GOEPEL, favor verificar y corregir si necesario. Consulta 75.3. Debido a la cantidad de accesorios solicitados se recomienda que la mesa tenga una carga máxima de 400kg o mayor. Consulta 75.4 Se consulta si se puede ofertar un desplazamiento longitudinal eléctrico de 30cm o mejor rango. Consulta 75.5 Se consulta Se consulta si se pueden equipos con Trendelemburg/Trendelemburg inverso de -25° a +25° o mayor rango, porque una angulación superior a 25° el paciente tiende a desplazarse sobre el colchón y sería peligrosa. Consulta 75.6 Se consulta si la mesa debe tener movimiento flex directa e inversa, se recomienda un movimiento flex directo e inverso de 40° o mayor. Consulta 75.7 Se consulta si los prolongadores bariátricos deben ser un par superior y un par inferior. Consulta 75.8 Se consulta si el dispositivos apoya brazo y de posicionamiento del brazo, debe estar compuesto por fijador orientable y apoya brazo girable, con 2 correas de fijación. Longitud del apoya brazo: 450mm±10mm. Fijador integrado con ajustes individuales de longitud y altura. Consulta 75.9 Favor aclarar si el soporte para pantalla es el arco de narcosis. Consulta 75.10. Debido a la cantidad de accesorios solicitados se recomienda solicitar 2 carros porta accesorios y no uno. Consulta 75.11 Se consulta si la mesa debe poseer indicador de ángulos de la superficie de la mesa, en el panel del control remoto. Consulta 75.12 Favor aclarar si todo el tablero de la mesa debe estar construido sin travesaños para radioscopias intraoperatorias Consulta 75.13 Se consulta si la mesa deberá funcionar automáticamente en: Orientacion Normal u Orientación Inversa, la orientación seleccionada a través del Control remoto. Consulta 75.14 Se consulta si la mesa debe poseer función de bloqueo de la mesa que anula todos los movimientos motorizados para evitar un ajuste involuntario de la mesa durante una cirugía Consulta 75.15 Se consulta si la mesa debe poseer Debe contar con memoria interna para que el usuario pueda grabar las posiciones más utilizadas de la mesa. Se recomienda como mínimo 10 posiciones de memoria interna. Consulta 75.16 Se consulta si la mesa debe poseer colchoneta torácica para colocación en decúbito prono para intervenciones en la columna vertebral, tamaño adulto. De dos elementos: Pelvis (Dimensiones: Ancho x alto x largo: 500mm±10mm x 200mm±10mm x 340mm±10mm) y Tórax (Dimensiones: Ancho x alto x largo: 500mm±10mm x 200mm±10mm x 250mm±10mm). Radiotransparente. Lavable. Consulta 75.17 Se consulta si la mesa debe poseer almohadilla apoya cabeza de gel para colocación en decúbito prono para intervenciones en la columna vertebral, tamaño adulto. Con ranuras laterales con espacio suficiente para insertar el tubo de respiración. Lavable. Ancho x alto x largo: 245mm±10mm x 125mm±10mm x 285mm ±10mm. Consulta 75.18 Se consulta si la mesa debe poseer rodillo de medio cuerpo de gel para colocación en decúbito prono para intervenciones en la columna vertebral. Lavable. Ancho x alto x largo: 150mm±10mm x 100mm±10mm x 510mm±10mm Consulta 75.19 Se consulta si la mesa debe poseer anillo apoya cabeza abierto de gel para adultos. Protege la cabeza, la cara, el cuello y las orejas. Dimensiones: diametro 200mm±5mm.</p>	09-04-2019	08:28:50
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Respuesta a consulta 75.1: Se solicitan pierneras con angulación vertical y lateral como se indica en los sub items 75. 4.3 y 75.4.4. Remitirse a adenda n° 22. Respuesta a consulta 75.2: El soporte ginecologico solicitado es del tipo GOEPEL y es solicitado un par. Remitirse a adenda n° 22 Respuesta a consulta 75.3:Remitirse a adenda n° 22. Respuesta a consulta 75.4: Remitirse a adenda n° 22. Respuesta a consulta 75.5: Remitirse a adenda n° 22. Respuesta a consulta 75.6: No limitante puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Respuesta a consulta 75.7: Se solicitan prolongadores laterales para cubrir cada sección de la mesa. Remitirse a adenda n° 22. Respuesta a consulta 75.8: No es limitante puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Respuestas a consulta 75.9: Se hace referencia a soporte o brazo para pantalla de anestesia. Remitirse a la adenda n° 22. Respuestas a consulta 75.10: Remitirse a adenda n° 22. Respuesta a consulta 75.11: Ofertar tal característica no será limitante. Remitirse a la adenda n° 22. Respuestas a consulta 75.12: Remitirse a adenda n° 22. Respuestas a consulta 75.13. No es limitante puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Respuestas a consulta 75.14: No es limitante puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Respuestas a consulta 75.15: No es limitante puede ofertar. Remitirse a la adenda n° 22. Respuestas a la consulta 75.16: No es limitante puede ofertar. Remitirse a la adenda n° 22. Respuestas a la consulta 75.17: No es limitante puede ofertar. Remitirse a la adenda n° 22. Respuestas a la consulta 75.18: No es limitante puede ofertar. Remitirse a la adenda n° 22. Respuestas a la consulta 75.19: No es limitante puede ofertar. Remitirse a la adenda n° 22.</p>	28-05-2019	16:22:36

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>DICE: 105.4.5 CARRO PARA TRANSPORTE CONSULTA: ¿EL CARRO DEBERÁ TENER UNA FUENTE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO PARA MAYOR SEGURIDAD DEL PACIENTE Y DE LOS USUARIOS?</p>	09-04-2019	08:29:36

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22</p>	28-05-2019	16:23:38

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Muchos ítems deben ser transportados en contenedores via marítima y fluvial. Los fabricantes de estos ítems, pueden estar en Asia, Europa, o Norteamérica. Teniendo en cuenta que el tiempo de transporte desde estos puntos del planeta se demoran un promedio de 45 días, solicitamos extender el plazo de entrega de los Items 1, 5, 10, 28, 30, 31, 32,33,35, 66, 67, 74, 75, 76, 77, 78, 85, 90, 95, 101, 105, 106, 107 y 108 a 90 (NOVENTA DIAS) A PARTIR DE LA EMSION DE LA ORDEN DE COMPRA</p>	09-04-2019	08:29:59

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Remitirse a la Adenda N° 22</p>	28-05-2019	16:25:16

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Punto 4.1 Donde dice Diseño ergonómico: Panel de control regulable en altura con teclado alfanumérico para introducción de datos del paciente. Pantalla táctil de al menos 12 con al menos 3 páginas seleccionables mediante una función de deslizamiento solicitamos diga Diseño ergonómico: Panel de control regulable en altura con teclado alfanumérico para introducción de datos del paciente. Pantalla táctil de al menos 8</p>	09-04-2019	08:33:14

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Remitirse a la Adenda N° 22</p>	28-05-2019	16:25:48

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Punto 4.1 Donde dice: con al menos 3 páginas seleccionables mediante una función de deslizamiento solicitamos que la función de deslizamiento sea opcional	09-04-2019	08:33:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:26:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.5 Donde dice Memoria cine de al menos 2000 cuadros, solicitamos diga Memoria cine de al menos 1000 cuadros	09-04-2019	08:33:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:27:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.1 Donde dice Diseño ergonómico: Panel de control regulable en altura con teclado alfanumérico para introducción de datos del paciente. Pantalla táctil de al menos 12 con al menos 3 páginas seleccionables mediante una función de deslizamiento solicitamos diga Diseño ergonómico: Panel de control regulable en altura con teclado alfanumérico para introducción de datos del paciente. Pantalla táctil de al menos 8	09-04-2019	08:34:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:27:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 105.4.5.7 SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN GRABADOR/REPRODUCTOR DE DVD CON SUS RESPECTIVOS CABLES DE CONEXION CONSULTA LOS GRABADORES DE DVD YA SON TECNOLOGÍA OBSOLETA Y MAS TRATÁNDOSE DE EQUIPOS EN TECNOLOGÍA FULL HD QUE CONSUME MUCHO ESPACIO DE MEMORIA AL ALMACENAR, ¿SE PODRÍA CONSIDERAR OFERTAR CON UN GESTOR DE IMÁGENES GRADO MEDICO, PARA GRABAR EN CALIDAD FULL HD, CON DISCO DURO DE AL MENOS 1 TERABYTE, QUE GRABA A UN MEDIO EXTERNO A TRAVÉS DE UN PUERTO USB, CON ENTRADA DE VIDEO HD SDI Y DVI?	09-04-2019	08:34:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:28:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.1 Donde dice: con al menos 3 páginas seleccionables mediante una función de deslizamiento solicitamos que la función de deslizamiento sea opcional	09-04-2019	08:34:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:29:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.5 Donde dice Memoria cine de al menos 2000 cuadros, solicitamos diga Memoria cine de al menos 1000 cuadros	09-04-2019	08:35:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:30:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos la exclusión de la condición mencionada, en vista y considerando que cualquier trabajo de redistribución implican Costos Adicionales que no son objeto original del llamado, ya que los mismos implican costos de logística, adecuaciones de sala, etc, los cuales deben ser asumidos por la Convocante en un trabajo de Redistribución.	09-04-2019	08:35:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:33:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 7.2.1 Donde dice transductor lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5 a 18Mhz. Cantidad mínima 2 (dos) unidades por equipos solicitamos permita ofertar transductor lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 6 a 18Mhz. Cantidad mínima 2 (dos) unidades por equipos	09-04-2019	08:35:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:34:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

DICE: 10.5.4.6 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CONSULTA ¿DEBERÁ TENER UN SOFTWARE ESPECIAL PARA GASTROENTEROLOGIA, ESPECIALMENTE PARA LA FUNCIÓN DE POLIPECTOMIA?	09-04-2019	08:36:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:34:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 7.2.1 Donde dice transductor endorrectal biplano para aplicaciones en urología con ancho de banda de 5 a 10Mhz. con hasta 150 grados de campo de visión o mejor. Cantidad mínima 2 (dos) unidades por equipos solicitamos permita ofertar transductor endorrectal biplano para aplicaciones en urología con ancho de banda de 3 a 9Mhz. con hasta 150 grados de campo de visión o mejor. Cantidad mínima 2 (dos) unidades por equipos	09-04-2019	08:36:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:37:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 4.7 Despliegue de al menos 6 curvas fisiológicas simultáneamente con la función de Full disclosure que muestra en pantalla las 12 derivaciones de ECG. Consulta: 1) Teniendo en cuenta que la pantalla que se solicita de 15: Es obligatorio mostrar 18 curvas fisiológicas en simultáneo en un espacio tan reducido? 2) Se permiten mostrar 4 parámetros numéricos y 14 curvas fisiológicas en simultáneo para cumplir lo requerido?	09-04-2019	08:36:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:37:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.2 Donde dice Flujo inspiratorio (L/min) Limite superior 150 o mayor Solicitamos diga: Flujo inspiratorio (L/min) Limite superior 120 o mayor Teniendo en cuenta que un flujo inspiratorio de 120l/min ya es más que suficiente para obtener el volumen corriente para pacientes adultos, incluso para pacientes bariátricos	09-04-2019	08:36:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:38:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 9.5 Donde dice: Compensación de Fugas de al menos 40 lpm, solicitamos diga Compensación de Fugas de al menos 25 lpm.	09-04-2019	08:37:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:39:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 105.4.6.4 FRECUENCIA DE ONDA 350 KHZ O MAYOR CONSULTA: ¿SE PODRÁ OFERTAR UN EQUIPO CON FRECUENCIA DE ONDA 330 KHZ O MAYOR?	09-04-2019	08:37:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:39:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.12 Asas para traslado y movimiento de la cama abatibles. Solicitamos que este punto sea opcional Las asas de traslado no son útiles sin un sistema motorizado debido al peso y al ancho de las camas eléctricas. Generalmente se utilizan en las camillas que son más angostas y livianas que las camas.	09-04-2019	08:37:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:40:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.12 Asas para traslado y movimiento de la cama abatibles. Solicitamos que este punto sea opcional Las asas de traslado no son útiles sin un sistema motorizado debido al peso y al ancho de las camas eléctricas. Generalmente se utilizan en las camillas que son más angostas y livianas que las camas. El traslado de las camas se las camas se realizan a través de la piecera o cabecera las cuales no son abatibles	09-04-2019	08:38:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:41:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicita: 4.8 Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos. Consulta: Se requiere que las tendencias gráficas y numéricas se muestren simultáneamente en pantalla? Consulta: 4.15 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica, como una futura actualización con central de monitoreo. Solicita: Teniendo en cuenta que hay unidades donde normalmente no se planifica una central de monitoreo, por ejemplo recuperación o unidades de baja complejidad, es necesario que estos monitores sin central también tengan la capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica?	09-04-2019	08:39:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:42:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 6.8 Donde dice Colchón espesor mínimo de 16 cm. Solicitamos diga Colchón espesor mínimo de 14 cm o más. La mayoría de los colchones certificados son de 14 cm, la diferencia no es significativa. Los colchones certificados de espesor mayor a 14 cm son colchones especiales por lo que su costo se eleva.	09-04-2019	08:39:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:42:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 5.1. Donde dice Altura ajustable: Altura máxima 88cm o más, Solicitamos diga Altura ajustable: Altura máxima 80 cm o más.	09-04-2019	08:39:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:43:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 5: Maquinas de Anestesia Consulta 1, ITEM 5: En el punto 5.2.1 solicitan Con medición y aplicación de los parametros respiratorios en pantalla LCD color, de 7 pulgadas como mínimo. La monitorización de la ventilación (en la pantalla del Ventilador) es clave durante el acto anestésico, por lo cual al contar con un Equipo que monitoriza curvas de Flujo, Presión y/o Volumen, además de lazos de espirometría y parametros numéricos, este requiere de una pantalla de tamaño acorde que facilite la visualización del usuario. Además, contar con la tecnología de pantalla táctil, aporta rapidez en los cambios de los parámetros, facilitando el flujo de trabajo del Anestesiólogo. Sugerimos solicitar Con medición y aplicación de parametros respiratorios en pantalla LCD tipo táctil, de 12 pulgadas o más.	09-04-2019	08:40:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:44:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.12 Asas para traslado y movimiento de la cama abatibles. Solicitamos que este punto sea opcional Las asas de traslado no son útiles sin un sistema motorizado debido al peso y al ancho de las camas eléctricas. Generalmente se utilizan en las camillas que son más angostas y livianas que las camas. El traslado de las camas se las camas se realizan a través de la piecera o cabecera las cuales no son abatibles	09-04-2019	08:40:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:44:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
105.4.6.14 LÁPIZ DE COMANDO MANUAL REUTILIZABLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN CON CABLE DE CONEXIÓN AL EQUIPO. CANTIDAD 2 (DOS) CONSULTA: ¿SE PUEDE CONSIDERAR ESTO COMO UN ÍTEM OPCIONAL? EN COLONOSCOPIA NO SE UTILIZA LÁPIZ, YA QUE ESTO ES UN INSTRUMENTO PARA USO EN CIRUGÍA Y NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL LLAMADO	09-04-2019	08:40:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:45:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 5.10. Posición Fowler, vascular, cardiaco, inclinación lateral Solicitamos que La inclinación lateral sea opcional o sea eliminado ya que corresponde a una función exclusiva de una marca por lo que imposibilita la participación de otros proveedores	09-04-2019	08:41:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:36:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto donde dice: 4.2.1 Movimiento vertical motorizado de 40 cm o más Solicitamos la modificación de este punto de la siguiente forma: Movimiento vertical motorizado o contrabalanceado de 40 cm o más. Esto es considerando que el movimiento contrabalanceado es más rápido y más práctico, y menor costo de mantenimiento al no tener partes electrónicas. Esto permitirá la participación de un mayor número de oferentes y además este requisito tiene sesgo de exclusión de nuestra representada considerando que es una de las pocas marcas que posee la característica contrabalanceada.	09-04-2019	08:41:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:37:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 6.8 Donde dice Colchón espesor mínimo de 16 cm. Solicitamos diga Colchón espesor mínimo de 14 cm o más. La mayoría de los colchones certificados son de 14 cm, la diferencia no es significativa. Los colchones certificados de espesor mayor a 14 cm son colchones especiales por lo que su costo se eleva.	09-04-2019	08:41:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:38:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 2, ITEM 5: En el punto 5.8 solicitan Flujo inspiratorio: 75 LPM o mayor. Debido a que Las Maquinas estarán instaladas en un Hospital donde se llevaran a cabo cirugías de alta complejidad donde se tiene la necesidad de poder ventilar a diversos tipos de pacientes, desde neonatos hasta obesos mórbidos, algunos con requerimientos de altos valores de flujo, sugerimos solicitar un equipo capaz de entregar un Flujo Inspiratorio de al menos 120 LPM. Hacemos notar que una Maquina de Anestesia con válvula inspiratoria de 75 LPM es muy limitada para el uso con diversos tipos de pacientes y sus necesidades complejas.	09-04-2019	08:41:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:39:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 3, ITEM 1: En el punto 4.6.3 solicitan Dos Focos entre 0,5mm o menos y 1,5mm o mayor Solicitamos permitir que el punto Focal fino sea entre los 0,6mm y el punto focal grueso en 1,4mm para así obtener un punto focal efectivo en la adquisición de imágenes	09-04-2019	08:42:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:40:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 105.4.6 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA ¿QUE ESPACIO DE MEMORIA PARA USUARIOS O PROGRAMAS DEBERÁ TENER EL EQUIPO? ¿100 ESPACIOS O MAS? ¿200 ESPACIOS O MAS? ¿300 ESPACIOS O MAS?	09-04-2019	08:42:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:41:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 105.4.6 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CONSULTA ¿DEBERÁ SER COMPATIBLE CON MODULO PARA GAS ARGÓN?	09-04-2019	08:44:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:41:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 4.15 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica, como una futura actualización con central de monitoreo. Consulta: Teniendo en cuenta que hay unidades donde normalmente no se planifica una central de monitoreo, por ejemplo recuperación o unidades de baja complejidad, Consulta: es necesario que estos monitores sin central también tengan la capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica?	09-04-2019	08:45:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:42:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
105.4.6 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA ¿El equipo debe contar con Regulación del arco Voltaico para efectos reproducibles en el tejido?	09-04-2019	08:46:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:43:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta 4, ITEM 10: En el punto 10.2.3 Solicitan Cajón para al menos 4 chasis de 35x 43 cm. Como se trata de un equipo con panel digital, el mismo no requiere de cajón porta chasis. Al mismo tiempo sugerimos que el mismo sea motorizado con sistema de batería y no tener que estar enchufado el equipo a la tensión eléctrica al momento del estudio.		09-04-2019	08:46:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:43:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SECCION VII – ANEXO 1, DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA Este llamado es de una magnitud muy pocas veces vista en nuestro mercado. A su vez es de gran importancia ya que del cumplimiento de los plazos depende la habilitación de un hospital de especialidades tan largamente esperado por los asegurados del IPS. El rubro de equipos médicos es altamente profesional, por lo que es importante asegurar que los oferentes tengan la capacidad probada para cumplir con el contrato en el tiempo. Por consiguiente, sugerimos respetuosamente modificar el Inciso F) Cualquier Otro Documento adicional requerido y que quede redactado de la siguiente manera: F) Cualquier otro documento adicional requerido. 1. Presentar copias de Contratos acompañados de Actas de Recepción Definitiva y o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Equipos Biomédicos a Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 3 (tres) años: 2016 – 2017 -2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de la oferta		09-04-2019	08:46:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:44:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.6.3 donde dice: Dos focos entre 0,6 o menor y 1,0 o mayor. Solicitamos modificar a: Uno o dos focos en el rango de 0,6 mm o menor a 1,0mm o menor. Solicitamos permitir la participación de equipos con uno o dos focos cuyo valor este comprendido entre los valores citados, considerando que lo importante es contar con los puntos focales apropiados y no la cantidad de los mismos pues en ningún momento se utilizaran ambos focos en simultaneo y cumpliendose las dimensiones solicitadas con un único foco se estará garantizando la resolución de imagen requerida.		09-04-2019	08:47:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:45:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En este punto se ha encontrado una duplicación de requerimientos. Solicitamos por favor a la Convocante unificar dichos puntos y que se emita 01 sólo Documento para el Efecto: 1. Acta de Conformidad de Funcionamiento del Director del Establecimiento donde se recibe e instala el bien correspondiente. 2. Acta de Conformidad de Óptimo Funcionamiento de los Equipos Biomédicos Entregados.		09-04-2019	08:47:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:46:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 6 – MONITOR MUTIPARAMETRICO Solicitamos al convocante ELIMINAR o declarar OPCIONAL los siguientes parámetros: 6. 5.8 Electroencefalograma 6. 5.8.1 Para monitoreo en tiempo real continuo de electroencefalograma 6. 5.8.2 Deberá contar con 4 canales de EEG con análisis de arreglo espectral comprimido (Compressed spectral array (CSA)) 6. 5.8.3 Se deberán poder seleccionar al menos 8 caracteres numéricos por canal que se deberán poder seleccionar para tendencias 6. 5.8.4 Amplitud integrada electroencefalográfica (aEEG). OPCIONAL 6. 5.8.5 Continua medición de la impedancia electrodo-piel sin interrumpir el EEG 6. 5.8.6 El filtro de rechazo de artefactos deberá ser configurable a alto-bajo 6. 5.8.7 Apto para pacientes adultos, pediátricos y neonatales para anestesia o cuidados Críticos		09-04-2019	08:48:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:46:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta 75.20 Debido a que se trata de una mesa para Neurocirugía, se consulta si la mesa debe tener sistema de frenado accionado eléctricamente a través del control remoto donde para el frenado la mesa desciende y se apoya en su base para mayor estabilidad.		09-04-2019	08:48:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22		27-05-2019	16:47:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

ITEM 6 – MONITOR MUTIPARAMETRICO Solicitamos al convocante ELIMINAR o declarar OPCIONAL el siguiente accesorio: 6. 7.7 Para medición del EEG: Cable interfase para 4 canales con un juego de electrodos reusables para adultos	09-04-2019	08:48:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:48:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 105.4.7 VIDEOCOLONOSCOPIO CONSULTA: ¿EL EQUIPO DEBERÁ POSEER UN CANAL AUXILIAR PARA IRRIGACION?	09-04-2019	08:48:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:49:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 10 – En el punto 10.4.8, donde dice Pantalla LED/LCD de por lo menos 18 en diagonal ajustable en brillo y contraste. Solicitamos modificar a: Pantalla LED/LCD de por lo menos 17" en diagonal ajustable en brillo y contraste. En esta pantalla no se efectuarán diagnósticos, por lo que el tamaño de la misma no afectaría a la operación del equipo.	09-04-2019	08:48:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:49:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que se incluya un anticipo del 20% por lo menos, para que los proveedores tengan mayor capacidad financiera, y así se podrá reducir los costos de financieros.	09-04-2019	08:49:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:50:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 10, en el punto 10.6.2, donde dice Potencia: 40 kW o más. Solicitamos modificar a: Potencia de 33kW o más. La combinación de características como como corriente, consumo de energía definición en micras y demás definen en conjunto el performance y eficiencia del equipo, no siendo lo único preponderante la potencia del generador.	09-04-2019	08:49:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:51:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 5.2.3 Índice de pulsatilidad. OPCIONAL Consulta: Se permite indicador en vez de índice?	09-04-2019	08:49:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:51:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 10, en el punto 10.6.5, donde dice Tensión 40 kV o menos a 125 kV o más y corriente de tubo entre 0,5 a 400 mAs o más. Solicitamos modificar a: Tensión de 40kV a 133kV y corriente de tubo de 0.32mAs a 350mAs o más. La combinación de características como como corriente, consumo de energía, definición en micras y demás definen en conjunto el performance y eficiencia del equipo, no siendo lo único preponderante la potencia del generador.	09-04-2019	08:49:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:52:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos ampliar el Plazo para Entrega de equipos a por lo menos 120 días a partir de la firma del contrato o Cobro del Anticipo, considerando que los tiempos de fabricación y transporte de los equipos son alrededor de 120 días.	09-04-2019	08:49:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:52:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos actualizar el precio referencial del ARCO EN C en al menos 620 millones de guaraníes, ya que el precio estimado actual de Gs. 528.300.000 no se encuentra acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, además hay que tener en cuenta que se solicita garantía de al menos tres años y debe incluir mantenimiento de los mismos. Favor ampliar precio referencial.	09-04-2019	08:50:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
EL oferente deberá remitirse a los Precios Referenciales modificados en el SICP.	27-05-2019	16:53:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 10, en el punto 10.7.2, donde dice Tiempo mínimo de exposición a 1 ms o 5 s o más.. Solicitamos modificar a: Tiempo mínimo de exposición de 1ms o menos a 3.1s o más. Menores tiempo de exposición son favorables en casos enfocados a pacientes más delicados como aquellos referidos a pacientes pediátricos, debido a que se irradia menos, en un menor tiempo y con corrientes más amplias.	09-04-2019	08:50:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:54:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 10, en el punto 10.8.1, donde dice Alimentación principal: 220 V AC ± 10% / 50 Hz con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko) de al menos 5 metros de longitud. No se aceptarán adaptadores. Solicitamos modificar a: Alimentación principal: 220 V AC ± 10% / 50 Hz con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko) de al menos 4 metros de longitud. No se aceptarán adaptadores. Es conveniente usar el cable de alimentación para el recargo de las baterías o en caso extremo para utilización del equipo en caso de no haberse cargado las mismas, no siendo necesario una longitud de cable demasiado amplia.	09-04-2019	08:50:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:54:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 10, en el punto 10.6.3, donde dice Ondulación baja (Low ripple): <1% a la potencia máxima. Solicitamos modificar a: Ondulación baja (Low ripple): <5.1% a la potencia máxima. La combinación de características como como corriente, consumo de energía, definición en micras, ancho, tiempo de pulso y demás definen en conjunto el performance y eficiencia del equipo, siendo un valor de low ripple de 5.1% o menor un valor todavía adecuado para operaciones de gran eficiencia.	09-04-2019	08:51:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:55:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.8 solicitan pantalla de por lo menos 18 pulgadas medidas diagonalmente. Consultamos si la convocante aceptará pantallas de 17 pulgadas medidas diagonalmente? Rogamos a la convocante tener en cuenta que 1 pulgada de más o de menos no tendrá incidencia en la previsualización de imágenes y permitirá la competencia de un mayor número de oferentes.	09-04-2019	08:51:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:55:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 18. Donde dice: Presentación como mínimo de tres (3) Certificados o Actas de Recepción Final de Provisión de Equipos Biomédicos donde conste el desempeño satisfactorio en al provisión de Equipos Biomédicos, expedidos por Instituciones Publicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). Solicitamos amablemente que se pueda presentar Certificados o Actas de Recepción Final de Provisión de Equipos Tecnológicos en general, ya que existen empresas tecnológicas con basta experiencia en la provisión de tecnología tanto en el sector Publico como Privado con muchos años de trayectoria y que actualmente están incursionando en el área de la tecnología médica, esto permitirá que dichas empresas puedan participar y así tener mayor cantidad de oferentes; de no ser posible esto, solicitamos amablemente que se puedan presentar NOTAS DE REMISIONES de las entregas de los equipos Biomédicos.	09-04-2019	08:51:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:56:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 5.6.3 Medición de variación de volumen sistólico (VVS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje de forma automática. Consulta: Se refiere al cálculo? Estos parámetros no se miden sino que se calculan	09-04-2019	08:52:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:57:30
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.2 solicitan apoya pies desmontables, con trabas de fijación, de fácil y blando accionamiento, abatibles, regulables en altura... Considerando el precio referencial, solicitamos modificar esta especificación para permitir cotizar: 4.2. Apoya pies desmontables, con trabas de fijación, abatibles, regulables en altura (OPCIONAL), de fácil y blando accionamiento, con superficie antideslizante, con estructura construida en caño metálico	09-04-2019	08:53:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:58:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 105.4.7.3 TOTALMENTE SUMERGIBLE EN AGUA Y DESINFECTANTES CONSULTA ¿EL EQUIPO DEBERÁ SER TOTALMENTE HERMÉTICO SIN TAPA ADICIONAL? LA CONSULTA ES EN BASE A QUE CON ESTA CARACTERÍSTICA NO SE CORRE RIESGO DE INFILTRACIÓN ACCIDENTAL POR PERSONAL DE ENFERMERÍA Y CONSIDERANDO LOS 3 AÑOS QUE SE SOLICITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ES FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	09-04-2019	08:54:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:58:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3 solicitan Respaldo ajustable en Altura. Solicitamos que esta característica sea OPCIONAL, considerando el precio referencial	09-04-2019	08:55:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	16:59:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 9 se solicita una estación de trabajo con sus propios componentes. Esta estación de trabajo debe ser adicional a la que se encuentra dentro del Rayos X digital portátil? O las características se refieren a la estación de trabajo incorporada al equipo de rayos x digital portátil? Se realiza la consulta debido a que solicitan un segundo monitor de 19" y esto da a entender que se trata de una estación de trabajo adicional a la que se encuentra incorporada al equipo de Rayos X Digital.	09-04-2019	08:55:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a la estación incorporada en el equipo. Remitirse a la Adenda N° 22	27-05-2019	17:02:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 5.6.3 Medición de variación de volumen sistólico (VVS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje de forma automática. Consulta: Se refiere al cálculo? Estos parámetros no se miden sino que se calculan	09-04-2019	08:55:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:16:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.7 Videocolonoscopia. Se solicita que se especifique la cantidad de tubos a solicitar. si una unidad o dos unidades dentro de la torre de Videocolonoscopia.	09-04-2019	08:56:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:16:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos el plazo sea modificado y unificado en 05 (CINCO) Días Hábiles desde la entrega del bien según Nota de Remisión, considerando dicho plazo totalmente suficiente para realizar los controles pertinentes en cuanto a las especificaciones del Equipo y realizar las pruebas de funcionamiento correspondiente. Consideramos que el tiempo establecido en el PBC de 15 días hábiles corresponde a un período bastante largo el cual atrasa la presentación de los demás documentos que hacen a la entrega final.	09-04-2019	08:56:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:17:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.5.5 donde dice: Tiempo de exposición: 0,007 s o menos a 4 s o más, o tiempo fijo de hasta 0,5 s para todas las combinaciones (OPCIONAL) Solicitamos amablemente a la convocante eliminar esta especificación pues al ponerla opcional no justifica que este especificada, más aún considerando que el parámetro solicitado no se condice con los equipos del tipo solicitado.	09-04-2019	08:57:27
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:18:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 5, ITEM 9: En el punto 4.13 solicitan Nebulizador sincronizado. De manera a contar con una tecnología acorde a las necesidades de los pacientes sugerimos solicitar Nebulizador sincronizado, electrónico, incorporado al ventilador, con tecnología de micro bomba y controlado desde la pantalla del ventilador	09-04-2019	08:57:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:18:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 75.22 Se consulta si la mesa auxiliar para operaciones de brazo se refiere a una Mesita quirúrgica para la mano con ancho x largo: 380mm±10mm x 850mm±20mm. El pie en T desplegable y regulable en altura. Radiotransparente 360°. Colchoneta extraíble. La posición horizontal de la mesa se debe mantener en posición Trendelenburg. Acoplable al riel lateral de la mesa.	09-04-2019	08:57:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:18:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 5.7 Capnografía: Consulta: Es necesario que los 81 monitores cuenten con módulo de capnografía?	09-04-2019	08:58:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:22:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En resguardo del mejor interés del Convocante, su intención de fomentar la participación de interesados idóneos en la Licitación, y; a fin de evitar la imposición de barreras de entrada que puedan generar condiciones injustas, elevamos respetuosamente la presente consulta con respecto a los Consorcios, ponemos a su consideración lo siguiente: (i) En la sección Capacidad Técnica/Experiencia del apartado Criterios de evaluación y requisitos de calificación para oferentes consorciados de la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, donde dice: Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de equipos biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014 –2015 – 2016 – 2017 - 2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta; Solicitamos que el requisito exigible para los integrantes socios del Consorcio quede redactado como sigue: Para Cada Socio: serán de presentación opcional, en cuyo caso computarán en forma conjunta y complementaria con aquellos presentados por el Socio Líder. (ii) En la sección Capacidad Financiera del apartado Criterios de evaluación y requisitos de calificación para oferentes consorciados de la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, donde dice: Ratio de Liquidez (activo corriente/pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1,15 en promedio, en los años 2015, 2016 y 2017; Endeudamiento (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2015, 2016 y 2017; y, Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2015, 2016 y 2017; Solicitamos que el requisito exigible para los integrantes socios del Consorcio quede redactado como sigue: Para Cada Socio: serán de presentación opcional, en cuyo caso computarán en forma conjunta y complementaria con aquellos presentados por el Socio Líder. (iii) En la sección Capacidad Financiera del apartado Criterios de evaluación y requisitos de calificación para oferentes consorciados de la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, donde dice: Capital Operativo (activo corriente – pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta, lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2017) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado; Solicitamos que el requisito exigible para los integrantes socios del Consorcio quede redactado como sigue: Para Cada Socio: sin porcentaje mínimo obligatorio, no obstante, el capital operativo computará en forma conjunta y complementaria con el presentado por el Socio Líder. Comprendemos que el espíritu de estos requerimientos es garantizar que los oferentes interesados cuenten con la experiencia y solvencia para ejecutar cabalmente con los servicios de la Licitación; sin embargo, consideramos que la naturaleza de los Consorcios radica justamente en la unión de los esfuerzos y recursos individuales de todos sus miembros, con lo cual, el cumplimiento de los requisitos por parte de la empresa líder o piloto ya avala suficientemente tal capacidad de cumplimiento. En definitiva, la consulta expuesta redundará en beneficio de la Convocante, ya que ampliará la posibilidad de presentación de Ofertas por parte de múltiples oferentes interesados, en condiciones y precios competitivos.	09-04-2019	09:00:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 14	28-05-2019	15:23:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 5.8 Electroencefalograma Consulta: Es necesario que los 81 monitores cuenten con módulo de electroencefalograma?	09-04-2019	09:00:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:27:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 4.2.6 donde dice Profundidad de 73 cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de equipos de 65 cm o mas de profundidad ya que la única marca que cumple con lo solicitado es el modelo Cios Select de Siemens, así de esta manera da apertura a la participación de oferentes y a la libre competencia tal como lo establece la ley de contrataciones. Por lo expuesto el ítem quedaría de la siguiente manera: Profundidad de 65 cm o más.	09-04-2019	09:00:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:27:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem n° 80, Microscopio Quirúrgico, en el punto 5.2 se especifica: Iluminación por medio de fibras ópticas con lámpara halógena o LED de por lo menos 150 W con sistema de cambio rápido. Incluir 5 (cinco) lámparas adicionales de repuesto en caso de ser halógena. Siendo las especificaciones técnicas las de un equipo de alta gama y considerando que los sistemas de luz Xenón son los de mejor calidad en cuanto a intensidad y homogeneidad del campo luminoso, seguidos por los sistemas LED y en último lugar estarían las luces halógenas. Consultamos si se aceptaría modificar el punto 5.2 a: Iluminación por medio de fibras ópticas con lámpara Xenón de por lo menos 300 W con sistema de cambio rápido o LED. Incluir 5 (cinco) lámparas adicionales de repuesto en caso de ser Xenón	09-04-2019	09:00:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:28:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.3.2 donde dice Dos campos de entrada o mas solicitamos a la convocante mejorar la especificación teniendo en cuenta la aplicación del campo de entrada durante el uso del equipo en los procedimientos y solicitar tres campos de entrada. Recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera para no limitar la funcionalidad del equipo frente a los distintos procedimientos quirúrgicos Tres campos de entrada.	09-04-2019	09:00:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:29:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 76.1 Se consulta si la placa de piernas bi-partida debe tener articulación doble en cada placa para mejorar el acceso entre las piernas. Consulta 76.2. Favor aclarar si el soporte de piernas ginecologico es del tipo GOEPEL y si se solicita un par. También se consulta si los soportes para muslos (1 par) de altura y ángulo regulables solicitados en los accesorios, son los mismos soportes para piernas ginecológicos del tipo GOEPEL, favor verificar y corregir si necesario. Consulta 76.3. Debido a la cantidad de accesorios solicitados se recomienda que la mesa tenga una carga máxima de 400kg o mayor. Consulta 76.4 Se consulta si se puede ofertar un desplazamiento longitudinal eléctrico de 30cm o mejor rango. Consulta 76.5 Se consulta Se consulta si se pueden equipos con Trendelemburg/Trendelemburg inverso de -25° a +25° o mayor rango, porque una angulación superior a 25° el paciente tiende a desplazarse sobre el colchón y seria peligrosa. Consulta 76.6 Se consulta si la mesa debe tener movimiento flex directa e inversa, se recomienda un movimiento flex directo e inverso de 40° o mayor. Consulta 76.7 Se consulta si los prolongadores bariátricos deben ser un par superior y un par inferior. Consulta 76.8 Se consulta si el dispositivos apoya brazo y de posicionamiento del brazo, debe estar compuesto por fijador orientable y apoya brazo girable, con 2 correas de fijación. Longitud del apoya brazo: 450mm±10mm. Fijador integrado con ajustes individuales de longitud y altura. Consulta 76.9 Favor aclarar si el soporte para pantalla es el arco de narcosis. Consulta 76.10. Debido a la cantidad de accesorios solicitados se recomienda solicitar 2 carros porta accesorios y no uno. Consulta 76.11 Se consulta si la mesa debe poseer indicador de ángulos de la superficie de la mesa, en el panel del control remoto. Consulta 76.12 Favor aclarar si todo el tablero de la mesa debe estar construido sin travesaños para radioscopias intraoperatorias Consulta 76.13 Se consulta si la mesa deberá funcionar automáticamente en: Orientacion Normal u Orientación Inversa, la orientación seleccionada a través del Control remoto. Consulta 76.14 Se consulta si la mesa debe poseer función de bloqueo de la mesa que anula todos los movimientos motorizados para evitar un ajuste involuntario de la mesa durante una cirugía Consulta 76.15 Se consulta si la mesa debe poseer Debe contar con memoria interna para que el usuario pueda grabar las posiciones más utilizadas de la mesa. Se recomienda como mínimo 10 posiciones de memoria interna. Consulta 76.16 Se consulta si la mesa debe poseer colchoneta torácica para colocación en decúbito prono para intervenciones en la columna vertebral, tamaño adulto. De dos elementos: Pelvis (Dimensiones: Ancho x alto x largo: 500mm±10mm x 200mm±10mm x 340mm±10mm) y Tórax (Dimensiones: Ancho x alto x largo: 500mm±10mm x 200mm±10mm x 250mm±10mm). Radiotransparente. Lavable. Consulta 76.17 Se consulta si la mesa debe poseer almohadilla apoya cabeza de gel para colocación en decúbito prono para intervenciones en la columna vertebral, tamaño adulto. Con ranuras laterales con espacio suficiente para insertar el tubo de respiración. Lavable. Ancho x alto x largo: 245mm±10mm x 125mm±10mm x 285mm ±10mm. Consulta 76.18 Se consulta si la mesa debe poseer rodillo de medio cuerpo de gel para colocación en decúbito prono para intervenciones en la columna vertebral. Lavable. Ancho x alto x largo: 150mm±10mm x 100mm±10mm x 510mm±10mm Consulta 76.19 Se consulta si la mesa debe poseer anillo apoya cabeza abierto de gel para adultos. Protege la cabeza, la cara, el cuello y las orejas. Dimensiones: diametro 200mm±5mm. Consulta 76.20 Debido a que se trata de una mesa para Neurocirugia, se consulta si la mesa debe tener sistema de frenado accionado eléctricamente a través del control remoto donde para el frenado la mesa desciende y se apoya en su base para mayor estabilidad. Consultas 76.21 En las especificaciones no se aclara si los pinchos deben ser reutilizables o descartables. Indicar también la cantidad específica de pinchos solicitados para adultos y para pediátricos. Consulta 76.22 Se consulta si la mesa auxiliar para operaciones de brazo se refiere a una Mesita quirúrgica para la mano con ancho x largo: 380mm±10mm x 850mm±20mm. El pie en T desplegable y regulable en altura. Radiotransparente 360°. Colchoneta extraíble. La posición horizontal de la mesa se debe mantener en posición Trendelenburg. Acoplable al riel lateral de la mesa.	09-04-2019	09:01:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta 76.1 No es limitante, puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.2. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.3. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.4 Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.5 Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.6 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.7 Se solicitan prolongadores laterales para cubrir cada sección de la mesa. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.8 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 14. Consulta 76.9 Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.10. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.11 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.12 Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.13 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.14 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.15 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.16 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.17 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.18 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.19 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.20 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consultas 76.21 Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.22 Remitirse a adenda n° 22.	28-05-2019	15:30:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.5.6 donde dice Rango de mAs: de 1 mAs o menos a 10 mAs o mayor solicitamos permita cotizar equipo con 9 mAs y dar mayor participación de oferentes. De esta manera el ítem quedaría de la siguiente manera Rango de mAs: de 1 mAs o menos a 9 mAs o mayor.	09-04-2019	09:01:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:30:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.6.3 donde dice Dos focos entre 0,6 o menor y 1,0 mm o mayor solicitamos amablemente a la convocante mejorar las especificaciones solicitando de la siguiente manera: Dos focos entre 0,5 o menor y 1,5 mm o mayor.	09-04-2019	09:01:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:31:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.7.2 donde dice Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko) de al menos 3 m de longitud. No se aceptarán adaptadores solicitamos amablemente que el ítem quede de la siguiente manera Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). No se aceptarán adaptadores, considerando que los fabricantes producen la longitud de los cables de manera estándar para todo el mundo y usualmente no pasan de los 3 m de longitud y condicionar un equipo por este tipo de especificación es muy subjetivo ya que en caso de contar con una longitud menor se puede utilizar prolongadores. Además, la distancia del equipo a la toma AC depende de un sitio a otro.	09-04-2019	09:01:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:31:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente mejorar o aclarar la descripción sobre el tipo de movimiento solicitado en el ítem 4.7.4 donde dice Posibilidad de movimiento de monitores para visualización de las imágenes para el especialista, ya que es una descripción subjetiva. De lo contrario solicitamos eliminar el ítem o que sea opcional.	09-04-2019	09:02:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a la posibilidad de movimiento de los monitores en la torre. Remitirse a la Adenda N° 22.	28-05-2019	15:32:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 105.4.8 EQUIPO DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN CONSIDERAMOS QUE HAY UN ERROR INVOLUNTARIO DE LA CONVOCANTE PUES DESDE EL SUBITEM 105.4.8.1 HASTA EL SUBITEM 105.4.8.5.4 CORRESPONDEN A CARACTERÍSTICAS DE UNA BOMBA DE ASPIRACIÓN E IRRIGACION PARA USO EN ARTROSCOPIA, QUE NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL LLAMADO, CONSIDERAMOS QUE LO SOLICITADO DEBE SER UNA BOMBA DE IRRIGACION AUXILIAR Y POR OTRA PARTE UN ASPIRADOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR LOS SOLICITADO Y EN CASO DE QUE EXISTA UN ERROR INVOLUNTARIO, ACLARAR LAS NUEVAS ESPECIFICACIONES	09-04-2019	09:02:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:33:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 62 – ESTUFA DE ESTERILIZACION En donde dice: 62.4.5 – Capacidad: hasta 60 litros. Debido a la gran diversidad de capacidades (que van desde 10 hasta 100 litros), solicitamos al Convocante modificar este requerimiento a la siguiente forma: 62.4.5 – Capacidad: hasta 55 litros o mayor	09-04-2019	09:02:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:33:42
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.1.8 donde dice Indicadores o manómetros electrónicos de presión para suministro de toma mural y de cilindros solicitamos amablemente a la convocante mejorar el ítem y así dar mayor apertura a la participación de oferentes dejando el ítem de la siguiente manera: Indicadores o manómetros interconstruidos de presión para suministro de toma mural y de cilindros.	09-04-2019	09:02:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:34:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.2.2 donde dice Control por Volumen y Control por Presión, ambos con modo controlado y modo SIMV + PSV. Control de presión garantizado o autoflow o similares, solicitamos amablemente a la convocante para dar mayor participación de oferentes, ya que el término autoflow es característico de la marca Dräger y es la única que lo cumple, modificar el ítem y dar cumplimiento a lo establecido en la ley de contrataciones públicas dando libre participación. Entonces recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: "Control por Volumen y Control por Presión, ambos con modo controlado y modo SIMV + PSV. Control de Volumen garantizado con regulación de presión o autoflow o similares (Opcional)."	09-04-2019	09:02:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:34:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 62 – ESTUFA DE ESTERILIZACION Solicitamos al convocante ELIMINAR o declarar OPCIONAL los siguientes parámetros, debido a que se tratan de características de un AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION, no así de Estufa: 62. 4.8 Fluctuación (a 100°C): ±0.5°C 62. 4.9 Variación (a 100°C): ±1°C 62. 4.10 Doble modo de temporizador (1 min a 99h 59min). 62. 4.11 Interfaz RS-232 para control externo y recolección de datos 62. 4.12 Bloqueo de teclado previene cambios accidentales durante la operación 62. 4.13 Corrida automática luego de una interrupción de energía 62. 4.16 Alarmas audibles y visuales de puerta abierta 62. 4.17 Alarmas de fin de ciclo con avisos audibles y visuales	09-04-2019	09:03:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:35:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.2.5 donde dice Control para ajuste de volumen de 5 ml o menor a 1400 ml o mayor solicitamos amablemente dar apertura al ítem para mayor participación de oferentes, entonces recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Control para ajuste de volumen de 10ml o menor a 1400 ml o mayor.	09-04-2019	09:03:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:35:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 62 – ESTUFA DE ESTERILIZACION A fin de mantener una mejor distribución de calentamiento de la cámara y pronta esterilización, solicitamos al Convocante incorporar el siguiente numeral 62.4.21 Sistema de aireación forzada.-	09-04-2019	09:03:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:36:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 6.9 Alarma de apnea Consulta: Esta alarma típicamente no posee límite inferior como se solicita en el enunciado. Se solicita revisar si este requerimiento es correcto.	09-04-2019	09:03:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:36:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.4 donde dice Control para ajustes de relación I:E. Max 5:1 a 1,99 solicitamos amablemente a la convocante que el ítem quede de la siguiente manera Control para ajustes de relación I:E y así dar mayor participación de oferentes.	09-04-2019	09:03:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:36:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 61 – ESTUFA DE CULTIVO En donde dice: 61.4.8 – Control automático de temperatura desde 32 a 75°C. Solicitamos al Convocante permitir la cotización de: 61.4.8 – Control automático de temperatura desde 32 a 75°C o rango mayor.	09-04-2019	09:03:42
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:37:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.5 donde dice Control de PEEP electrónico e integrado con rango de 0 cmH2O o menor a 20 cmH2O o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos desde 4 cmH2O y así dar mayor participación de oferentes, ya que lo solicitado en la Adenda 14 solo lo cumple la marca Drager. Por lo expuesto recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Control de PEEP electrónico e integrado con rango de apagado, 4 cmH2O o menor a 20 cmH2O o mayor.	09-04-2019	09:03:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:37:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 61 – ESTUFA DE CULTIVO En donde dice: 61.4.9 – Exactitud de temperatura: + 0,25°C. Solicitamos al Convocante permitir la cotización de: En donde dice: 61.4.9 – Exactitud de temperatura: + 3°C.	09-04-2019	09:04:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:38:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.7 donde dice Presión de soporte (PSV): de 3 a 50 cm de H2O solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos desde 4 cm de H2O y así dar apertura a la participación de oferentes. Entonces recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera Presión de soporte (PSV): de 4 a 70 cm de H2O.	09-04-2019	09:04:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:38:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 6.10 Alarma de arritmia. Consulta: Esta alarma típicamente no posee límite superior e inferior como se solicita en el enunciado. Se solicita revisar si este requerimiento es correcto.	09-04-2019	09:04:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:39:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.8 donde dice Flujo inspiratorio: 150 LPM o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con flujos desde 75 LPM o mayor y así dar mayor participación de oferentes.	09-04-2019	09:04:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:39:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 61 – ESTUFA DE CULTIVO En donde dice: 61.4.11 – Sistema de registro de datos para verificación de la temperatura. Solicitamos al Convocante declarar OPCIONAL este requisito.	09-04-2019	09:04:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:40:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.9 donde dice Medición de FIO2 en línea (0 a 99% de O2 inspirado), volumen corriente inspirado/exhalado, presión de las vías respiratorias solicitamos amablemente a la convocante mejorar lo solicitado de la siguiente manera Medición de FIO2 en línea, volumen corriente inspirado/exhalado, presión de las vías respiratorias.	09-04-2019	09:04:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:40:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.11 donde dice Compensación de Flujo de Gases Frescos o desacople de gas fresco solicitamos amablemente a la convocante que el desacople de gas fresco sea opcional pues se trata de una opción que solo la marca Drager lo tiene. De esta manera el ítem quedaría de la siguiente manera: Compensación de Flujo de Gases Frescos o desacople de gas fresco (opcional).	09-04-2019	09:05:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:41:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 63 – FRONTOLUZ Dice en el numeral 63.4.1. Iluminación de al menos 32.000 lux o mejor con una distancia de trabajo de 250 mm.- A fin de dar mayor oportunidad de participación, respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: 63.4.1. Iluminación de al menos 32.000 lux o mejor con una distancia de trabajo de 180 mm o mayor.-	09-04-2019	09:05:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:41:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.11.2 donde dice Salida para dosificación de oxígeno de emergencia independiente del suministro eléctrico, equipada con flujómetro ajustable entre 0 y 12 l/min y con arrastre de agente anestésico solicitamos amablemente a la convocante mejorar lo solicitado y no limitarse a lo que se encuentra en el catalogo comercial de Drager. Recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Salida para dosificación de oxígeno de emergencia independiente del suministro eléctrico, equipada con flujómetro ajustable hasta 15 l/min y con arrastre de agente anestésico.	09-04-2019	09:05:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:41:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos actualizar el precio referencial del ARCO EN C en al menos 620 millones de guaraníes, ya que el precio estimado actual de Gs. 528.300.000 no se encuentra acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, además hay que tener en cuenta que se solicita garantía de al menos tres años y debe incluir mantenimiento de los mismos. Favor ampliar precio referencial.	09-04-2019	09:05:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a los precios referenciales en el SICP	28-05-2019	15:48:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 4.5 Conectividad a la red de monitoreo. (conexión con o sin cables). Deberá además contar con la opción de conectarse a futuro con la central de monitoreo y redes intrahospitalarias a través de una computadora incorporada al monitor que permita al usuario acceder al PACS, HIS, RIS, etc. pudiendo consultar en la pantalla del monitor estudios tomográficos, radiológicos, laboratoriales, etc. así como datos estadísticos/administrativos, etc. Consulta: Teniendo en cuenta que una computadora incorporada al monitor incrementa el costo de mantenimiento, peso y puntos de falla, se aceptarían tecnologías mejores que hagan lo mismo pero simplemente con una mejora de software en vez de usar una computadora?	09-04-2019	09:05:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:48:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 63 – FRONTOLUZ Dice en el numeral 63.4.2. Temperatura de color de al menos 6. 000 Kelvin.- A fin de dar mayor oportunidad de participación, respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: 63.4.2. Temperatura de color de al menos 4. 000 Kelvin.-	09-04-2019	09:05:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:49:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.11.4 donde dice Software para optimización del flujo de gas fresco (Economizador), solicitamos amablemente a la convocante que sea opcional el ítem pues se trata de una característica única de la marca Drager, de lo contrario ninguna otra marca podrá ofertar y no se estaría dando cumplimiento a la ley de contrataciones. Por lo expuesto recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Software para optimización del flujo de gas fresco (Economizador) opcional.	09-04-2019	09:05:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:49:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 63 – FRONTOLUZ Dice en el numeral 63.4.14. Tiempo de servicio 4 horas. A fin de dar mayor oportunidad de participación, respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la cotización de: 63.4.14. Tiempo de servicio 3 horas o mas.	09-04-2019	09:05:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:50:40
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5,12 donde dice Sistema que permita la ventilación mediante el uso de aire ambiental en caso de fallas en la línea de gases solicitamos amablemente a la convocante que sea opcional el ítem pues se trata de una característica única de la marca Drager, de lo contrario ninguna otra marca podrá ofertar y no se estaría dando cumplimiento a la ley de contrataciones. Por lo expuesto recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Sistema que permita la ventilación mediante el uso de aire ambiental en caso de fallas en la línea de gases. OPCIONAL.	09-04-2019	09:05:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:51:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.6 donde dice: Tamaño del pixel: menor a 165 um. Solicitamos amablemente a la convocante modificar a: Tamaño del pixel: menor a 175 um considerando que este valor es suficiente para la aplicación requerida que es la de utilización de los equipos con pacientes internados, y además de esta manera se estará permitiendo la participación de una mayor cantidad de oferentes sin restringir a marcas de primer nivel que ofrecen este valor de tamaño de pixel.	09-04-2019	09:05:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:52:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 9,1 donde dice Identificación automática de cinco agentes anestésicos solicitamos amablemente a la convocante dar apertura al ítem dejando de la siguiente manera Identificación de cinco agentes anestésicos, además de esta manera se ajusta al precio referencial del llamado.	09-04-2019	09:06:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:54:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 4.8 Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos. Consulta: Se requiere que las tendencias gráficas y numéricas se muestren simultáneamente en pantalla?	09-04-2019	09:06:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con relación a este requerimiento, establece la posibilidad de selección por el usuario. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:55:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En los ítems 10.1.1 y 10.2.1 donde dicen Calibrado, sin necesidad de calibración durante la vida útil del equipo solicitamos amablemente a la convocante mejorar lo solicitado de la siguiente manera: Calibrado, sin necesidad de mantenimiento de al menos 9 años.	09-04-2019	09:06:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:55:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 11.3 donde dice Sensor de flujo reusable solicitamos amablemente a la convocante mejorar lo solicitado de la siguiente manera: Al menos 8 (ocho) sensores de flujo reutilizable para los casos en donde se requiera reemplazo periódico. Para los casos que no se requiera cambio se deberá indicar que no aplica. Así de esta manera se daría cobertura real y total durante el periodo de garantía solicitado en el llamado.	09-04-2019	09:06:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:56:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 11.4 Cable para ECG de tres puntas o más. Cantidad 3 (tres) por cada equipo como mínimo y 1 (un) cable de 5 (cinco) puntas o más (para el cálculo de 12 derivaciones), en vista de que en el punto 5.8.1.2 se solicita posibilidad de despliegue de al menos 12 (doce) derivaciones, sugerimos que se solicite el cable de 10 (diez) puntas o más (para el cálculo de 12 derivaciones).	09-04-2019	09:07:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:57:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 5 Parámetros Consulta: No se requieren módulos de electroencefalografía o BIS para los 2 monitores de neurocirugía?	09-04-2019	09:07:21
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:58:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En relación al apartado de Capacitaciones modificado en la Adenda N° 14 donde se menciona "También según lista adjunta algunas de las capacitaciones de las capacitaciones podrían realizarse en Fábrica", solicitamos a la Convocante aclarar los siguientes puntos: 1. La Capacitación en Fábrica será mandatoria? 2. Caso se solicite las Capacitaciones en Fábrica, para qué Equipos se solicitará? 3. Caso sean solicitadas las Capacitaciones en Fábrica, cuántas serán las personas destinadas a este tipo de capacitación? 4. Caso las Capacitaciones en Fábrica no sean mandatorias, será parte de la puntuación para los Oferentes?	09-04-2019	09:07:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:58:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 18. Donde dice: Presentación como mínimo de tres (3) Certificados o Actas de Recepción Final de Provisión de Equipos Biomédicos donde conste el desempeño satisfactorio en al provisión de Equipos Biomédicos, expedidos por Instituciones Publicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). Solicitamos amablemente que se pueda presentar Certificados o Actas de Recepción Final de Provisión de Equipos Tecnológicos en general, ya que existen empresas tecnológicas con basta experiencia en la provisión de tecnología tanto en el sector Publico como Privado con muchos años de trayectoria y que actualmente están incursionando en el área de la tecnología médica, esto permitirá que dichas empresas puedan participar y así tener mayor cantidad de oferentes; de no ser posible esto, solicitamos amablemente que se puedan presentar NOTAS DE REMISIONES de las entregas de los equipos Biomédicos.	09-04-2019	09:07:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:59:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3 Donde solicitan pantalla a colores mediante tecnología LCD/TFT/AMOLED Sugerimos sea modificado a pantalla a colores mediante tecnología LCD/TFT WXGA de matriz activa con resolución de 1280 X 768, considerando que una pantalla WXGA garantizará una óptima resolución sobre todo para las ondas que requieren una precisa definición.	09-04-2019	09:07:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	15:59:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.5 donde dice: Conectividad a la red de monitoreo. (conexión con cables y/o sin cables), en vista de que el I.P.S. realiza grandes inversiones en cuanto a conectividad se refiere y manejo digital de toda la información del paciente, sugerimos se solicite una computadora incorporada al monitor, de la siguiente manera: 4.5 Conectividad a la red de monitoreo. (conexión con cables y/o sin cables). Deberá además poder conectarse con la central de monitoreo y redes intrahospitalarias a través de una computadora incorporada al monitor que permita al usuario acceder al PACS, HIS, RIS, etc. pudiendo consultar en la pantalla del monitor estudios tomográficos, radiológicos, laboratoriales, etc. así como datos estadísticos/administrativos, etc.	09-04-2019	09:08:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:00:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.5.6.3 Medición de variación de volumen sistólico (VVS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje de forma automática (OPCIONAL).	09-04-2019	09:08:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:01:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 5.2.3 Índice de pulsatilidad. OPCIONAL - Consulta: Se permite indicador en vez de índice?	09-04-2019	09:08:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:02:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Este punto se colocó como opcional en la Adenda 14, sugerimos vuelva a ser mandatorio debido a que si el valor de VPP se puede obtener de la presión invasiva no hará falta realizar una medición a través de gasto cardiaco por termodilución.	09-04-2019	09:08:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:03:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 6, ITEM 9: En el punto 9.6 solicitan Pantalla gráfica LCD a colores de 8" o mayor para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas. La monitorización de la ventilación es clave, tanto desplegando curvas como datos numéricos en pantalla, teniendo disponible la mayor cantidad de información del paciente para así poder tomar las mejores decisiones en el tratamiento. Por lo tanto, sugerimos que la pantalla del Ventilador sea de al menos 15 y del tipo táctil.	09-04-2019	09:08:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:03:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos ampliar el Plazo para Entrega de equipos a por lo menos 120 días a partir de la firma del contrato o Cobro del Anticipo, considerando que los tiempos de fabricación y transporte de los equipos son alrededor de 120 días.	09-04-2019	09:08:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:05:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.2 Pantalla de 12 pulgadas como mínimo. En el pliego originalmente se solicitaba pantalla de 15 pulgadas como mínimo, esta especificación fue cambiada a 12 pulgadas como mínimo en la Adenda N° 14. Debido a la gran cantidad de parámetros solicitados para este monitor, solicitamos respetuosamente se solicite como originalmente: Pantalla de 15 pulgadas como mínimo.	09-04-2019	09:09:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:05:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 5.6.3 Medición de variación de volumen sistólico (VVS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje de forma automática. - Consulta: Se refiere al cálculo? Estos parámetros no se miden sino que se calculan.	09-04-2019	09:09:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:06:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3 Donde solicitan pantalla a colores mediante tecnología LCD/TFT/AMOLED Sugerimos sea modificado a pantalla a colores mediante tecnología LCD/TFT WXGA de matriz activa con resolución de 1280 X 768, considerando que una pantalla WXGA garantizará una óptima resolución sobre todo para las ondas que requieren una precisa definición.	09-04-2019	09:09:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:06:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4 Manipuleo y control directamente al menos por Touchscreen o mando rotatorio, como se solicita en la Adenda N° 14, sugerimos respetuosamente se vuelva a la especificación original donde se solicitaba: Manipuleo y control directamente al menos por Touchscreen, considerando que las pantallas táctiles son más intuitivas que el mando rotatorio por lo que el personal de enfermería tendrá un acceso más rápido y fácil al menú, pantalla de eventos, configuraciones de parámetros, ingreso de datos del paciente, etc.	09-04-2019	09:09:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:07:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan 4.5 Conectividad a la red de monitoreo. (conexión con cables y/o sin cables). Deberá además contar con la opción de conectarse a futuro con la central de monitoreo y redes intrahospitalarias a través de una computadora incorporada al monitor que permita al usuario acceder al PACS, HIS, RIS, etc. pudiendo consultar en la pantalla del monitor estudios tomográficos, radiológicos, laboratoriales, etc. así como datos estadísticos/administrativos, etc. En vista de que el I.P.S. realiza grandes inversiones en cuanto a conectividad se refiere y manejo digital de toda la información del paciente, sugerimos que esta computadora incorporada al monitor sea adquirida en esta licitación y no como incorporación a futuro debido a que comprarla por separado sería más costoso que si ya viniera incluida en la compra principal.	09-04-2019	09:09:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:07:51
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que se incluya un anticipo del 20% por lo menos, para que los proveedores tengan mayor capacidad financiera, y así se podrá reducir los costos de financieros.	09-04-2019	09:10:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 14	28-05-2019	16:08:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección VII. Anexos. Apartado F). Cualquier otro documento requerido. En los ítems 1, 16, 17 y 18, donde dice: 1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Servicios de Mantenimiento, Reparación y Suministro de Repuestos a Equipos Biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta. 16. Balances de los años 2015, 2016 y 2017. 17. Copia autenticada del Impuesto a la Renta de los tres últimos (2015, 2016 y 2017). 18. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Servicios de Mantenimiento, Reparación y Suministro de Repuestos a Equipos Biomédicos donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). Solicitamos a la Convocante considere agregar la siguiente aclaración: En el entendido que el Oferente no pueda acreditar el presente requisito por sí mismo, podrá acreditarlo supletoriamente con la demostración de un vínculo jurídico-económico con otras personas jurídicas de su mismo grupo empresarial de los países del Mercado Común del Sur (el "Mercosur"). Se tendrá por válido a aquel vínculo jurídico-económico que esté comprendido en uno o más de los siguientes supuestos: (a) el Oferente es controlado accionariamente por la persona física o jurídica capaz de acreditar el presente requisito; (b) tanto el Oferente como la persona jurídica que es capaz de acreditar el presente requisito, son controlados accionariamente por la misma persona física o jurídica; (c) el Oferente controla accionariamente a la persona física o jurídica que es capaz de acreditar el presente requisito; y (d) tanto el Oferente como la persona jurídica capaz de acreditar el presente requisito, están dirigidos por los mismos directores.	09-04-2019	09:10:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:09:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7.5.6.3 Medición de variación de volumen sistólico (VVS) o variación de presión de pulso (VPP) en porcentaje de forma automática (OPCIONAL) Este punto se colocó como opcional en la Adenda 14, sugerimos vuelva a ser mandatorio debido a que si el valor de VPP se puede obtener de la presión invasiva no hará falta realizar una medición a través gasto cardiaco por termodilución.	09-04-2019	09:10:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:10:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan en el punto 4.2 que dice: Flujo Inspiratorio (L/min). Límite superior 150 o mayor, solicitamos mantener las especificaciones técnicas originales, donde se establecía un límite inferior acorde a un equipo de altas prestaciones para un Hospital de Especialidades Quirúrgicas. Por lo expuesto recomendamos dejar la siguiente especificación original; 4.2 Flujo Inspiratorio (L/min). Límite inferior 3 y límite superior 150 o mayor.	09-04-2019	09:10:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:10:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 6.9 Alarma de apnea Consulta: Esta alarma típicamente no posee límite inferior como se solicita en el enunciado. Se solicita revisar si este requerimiento esta correcto.	09-04-2019	09:10:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los niveles están representados en tiempo relacionados a la curva de respiración. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:11:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
32.5.5.1. Donde dice Altura mínima 55 cm o menos. Altura máxima 88 cm o mas. Solicitamos permitan cotizar Altura Máxima 75 o mas.	09-04-2019	09:10:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:12:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan en el punto 4.13 que dice: Nebulizador sincronizado, solicitamos respetuosamente de manera a que todos coticemos lo mismo, y no se confunda con un equipo independiente al respirador, cambiar a la siguiente especificación; 4.13 Nebulizador sincronizado e integrado en el mismo equipo.	09-04-2019	09:10:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:13:12

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan en el punto 4.14 que dice: Mecanismo de disparo o trigger por presión y por flujo solicitamos no bajar las especificaciones, sino mantener las dos tipos de trigger o disparo, acorde a un equipo de altas prestaciones para un Hospital de Especialidades Quirúrgicas. Por lo expuesto recomendamos dejar la siguiente especificación original; 4.14 Mecanismo de Disparo o Trigger por presión y por Flujo.	09-04-2019	09:11:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:13:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 6.10 Alarma de arritmia. Consulta: Esta alarma típicamente no posee límite superior e inferior como se solicita en el enunciado. Se solicita revisar si este requerimiento esta correcto.	09-04-2019	09:11:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los niveles están representados en tiempo relacionados a la curva de respiración. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:14:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan en el punto 4.15 que dice: Ajuste de la Rampa de Presión o Rise Time o Retardo Inspiratorio o Rampa o Incremento de la Pendiente de Presión o Aceleración de Flujo, solicitamos no bajar las especificaciones, sino mantenerlas y no agregar el término Aceleración de Flujo que no es la misma función, estamos hablando de equipos de altas prestaciones para un Hospital de Especialidades Quirúrgicas. Por lo expuesto recomendamos mantener especificación original; 4.15 Ajuste de la Rampa de Presión ó Rise Time ó Retardo Inspiratorio ó Rampa ó Incremento de la Pendiente de Presión.	09-04-2019	09:11:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:14:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan en el punto 4.16 que dice: O2 durante un minuto o mayor o Terapia de O2 solicitamos no bajar las especificaciones, sino mantenerlas y no agregar el término o Terapia de O2 que no es la misma función, estamos hablando de equipos de altas prestaciones para un Hospital de Especialidades Quirúrgicas. Recomendamos mantener especificación original que decía: 4.16 100% O2 durante 1 minuto o mayor.	09-04-2019	09:11:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:15:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan en el punto 6.8 que dice: Tiempo Inspiratorio y Espiratorio o Total, y se le agrega la palabra OPCIONAL, solicitamos no bajar las especificaciones, sino mantenerlas y no agregar el término OPCIONAL, dejando sin esta posibilidad a un equipo para altas prestaciones para un Hospital de Especialidades Quirúrgicas. Recomendamos mantener especificación original que decía: 6.8 Tiempo Inspiratorio y Espiratorio o Total.	09-04-2019	09:12:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:15:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 4.12 Unidad de vacío (-70k Pa) y presión de +35k Pa. Consulta: Se solicita ampliar el rango de la unidad de Vacío en (-60K Pa) y presión de + 35K Pa. minimamente?	09-04-2019	09:12:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:16:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan en el punto 6.14 que dice: Calculo de Distensibilidad o Compliance (Estática y/o Dinámica), donde se le agrega la letra o, solicitamos no bajar las especificaciones, sino mantenerlas y no agregar el término y/o, dejando sin el cálculo de una de ellas en estos equipos para altas prestaciones para un Hospital de Especialidades Quirúrgicas. Recomendamos mantener especificación original que decía: 6.14 Calculo de Distensibilidad o Compliance (Estática y Dinámica)	09-04-2019	09:12:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:16:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde solicitan en el punto 9.6 que dice: Pantalla grafica LCD a color de 8 o mayor para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas. La misma especificación dice para la visualización de curvas en tiempo real y otros parámetros más, esto significa contar con una pantalla de altas prestaciones para un Hospital de Especialidades Quirúrgicas. Recomendamos ampliar la dimensión de esta pantalla, que quede así; 9.6 Pantalla gráfica LCD a color de 12" o mayor para visualización curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas	09-04-2019	09:12:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:17:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTAS PARA EL ITEM 49 – DESFIBRILADOR CON CARRO DE PARO En el punto 4.5 Se debe incluir software para PC (al menos una licencia por equipo) que permita la visualización de datos/eventos grabados por el desfibrilador y cualquier accesorio necesario para la transferencia de datos del equipo a la PC. Solicitamos puedan ser cotizados equipos que cuenten con puerto USB con memoria USB (pendrive) para descargar informes en formato PDF a una PC.	09-04-2019	09:13:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:18:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 77.1 Se consulta si la placa de piernas bi-partida debe tener articulación doble en cada placa para mejorar el acceso entre las piernas. Consulta 77.2. Favor aclarar si el soporte de piernas ginecologico es del tipo GOEPEL y si se solicita un par. También se consulta si los soportes para muslos (1 par) de altura y ángulo regulables solicitados en los accesorios, son los mismos soportes para piernas ginecológicos del tipo GOEPEL, favor verificar y corregir si necesario. Consulta 77.3. Debido a la cantidad de accesorios solicitados se recomienda que la mesa tenga una carga máxima de 400kg o mayor. Consulta 77.4 Se consulta si se puede ofertar un desplazamiento longitudinal eléctrico de 30cm o mejor rango. Consulta 77.5 Se consulta Se consulta si se pueden equipos con Trendelemburg/Trendelemburg inverso de -25° a +25° o mayor rango, porque una angulación superior a 25° el paciente tiende a desplazarse sobre el colchón y sería peligrosa. Consulta 77.6 Se consulta si la mesa debe tener movimiento flex directa e inversa, se recomienda un movimiento flex directo e inverso de 40° o mayor. Consulta 77.7 Se consulta si los prolongadores bariátricos deben ser un par superior y un par inferior. Consulta 77.8 Se consulta si el dispositivos apoya brazo y de posicionamiento del brazo, debe estar compuesto por fijador orientable y apoya brazo girable, con 2 correas de fijación. Longitud del apoya brazo: 450mm±10mm. Fijador integrado con ajustes individuales de longitud y altura. Consulta 77.9 Favor aclarar si el soporte para pantalla es el arco de narcosis. Consulta 77.10. Debido a la cantidad de accesorios solicitados se recomienda solicitar 2 carros porta accesorios y no uno. Consulta 77.11 Se consulta si la mesa debe poseer indicador de ángulos de la superficie de la mesa, en el panel del control remoto. Consulta 77.12 Favor aclarar si todo el tablero de la mesa debe estar construido sin travesaños para radioscopias intraoperatorias Consulta 77.13 Se consulta si la mesa deberá funcionar automáticamente en: Orientacion Normal u Orientación Inversa, la orientación seleccionada a través del Control remoto. Consulta 77.14 Se consulta si la mesa debe poseer función de bloqueo de la mesa que anula todos los movimientos motorizados para evitar un ajuste involuntario de la mesa durante una cirugía Consulta 77.15 Se consulta si la mesa debe poseer Debe contar con memoria interna para que el usuario pueda grabar las posiciones más utilizadas de la mesa. Se recomienda como mínimo 10 posiciones de memoria interna. Consulta 77.16 Se consulta si la mesa debe poseer colchoneta torácica para colocación en decúbito prono para intervenciones en la columna vertebral, tamaño adulto. De dos elementos: Pelvis (Dimensiones: Ancho x alto x largo: 500mm±10mm x 200mm±10mm x 340mm±10mm) y Tórax (Dimensiones: Ancho x alto x largo: 500mm±10mm x 200mm±10mm x 250mm±10mm). Radiotransparente. Lavable. Consulta 77.17 Se consulta si la mesa debe poseer almohadilla apoya cabeza de gel para colocación en decúbito prono para intervenciones en la columna vertebral, tamaño adulto. Con ranuras laterales con espacio suficiente para insertar el tubo de respiración. Lavable. Ancho x alto x largo: 245mm±10mm x 125mm±10mm x 285mm ±10mm. Consulta 77.18 Se consulta si la mesa debe poseer rodillo de medio cuerpo de gel para colocación en decúbito prono para intervenciones en la columna vertebral. Lavable. Ancho x alto x largo: 150mm±10mm x 100mm±10mm x 510mm±10mm Consulta 77.19 Se consulta si la mesa debe poseer anillo apoya cabeza abierto de gel para adultos. Protege la cabeza, la cara, el cuello y las orejas. Dimensiones: diametro 200mm±5mm. Consulta 77.20 Debido a que se trata de una mesa para cirugía general, se consulta si la mesa debe tener sistema de frenado accionado eléctricamente a través del control remoto donde para el frenado la mesa desciende y se apoya en su base para mayor estabilidad. Consulta 77.21 Se consulta si la mesa auxiliar para operaciones de brazo se refiere a una Mesita quirúrgica para la mano con ancho x largo: 380mm±10mm x 850mm±20mm. El pie en T desplegable y regulable en altura. Radiotransparente 360°. Colchoneta extraíble. La posición horizontal de la mesa se debe mantener en posición Trendelenburg. Acoplable al riel lateral de la mesa. Consulta 77.22 Se consulta si la bota ergonómica ajustable se refiere a un porta pierna debe adaptarse automáticamente al ajustar la pierna y si debe proteger contra los daños posturales en el área del nervio peroneo con colchoneta interna y correas de fijación. Favor aclarar.	09-04-2019	09:13:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consulta 77.1 No es limitante, puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.2. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.3. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.4 Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.5 Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.6 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.7 Se solicitan prolongadores laterales para cubrir cada sección de la mesa. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.8 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.9 Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.10. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.11 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.12 Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.13 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.14 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.15 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.16 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.17 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.18 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.19 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 77.20 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consultas 77.21 Remitirse a adenda n° 22. Consulta 76.22 Remitirse a adenda n° 22.	28-05-2019	16:18:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 4.2 donde dice Cable del disparador de al menos 4 m o inalámbrico con alcance de 5 m o más, solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipo con cables de 2 m y así dar mayor participación de oferentes. Por lo expuesto recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Cable del disparador de al menos 2mt o inalámbrico con alcance de 5 m o más.	09-04-2019	09:13:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:19:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 4.8. Rango de Temperatura: Hasta 80 °C para el contenedor de parafina, hasta 80 °C para las bandejas de precalentamiento, hasta 70 °C para el área de trabajo, y hasta -5 °C en el punto frío. Consulta: Se solicita ampliar el Rango de Temperatura: Hasta 75 °C (minimo) para el contenedor de parafina, hasta 75 °C (máximo) para las bandejas de precalentamiento	09-04-2019	09:14:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:19:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.3 donde dice Control automático de exposición, solicitamos amablemente a la convocante que este ítem sea opcional considerando que encarece el equipo. Recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Control automático de exposición. Opcional.	09-04-2019	09:14:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:20:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 107.2.9 CORRECCIÓN DE SOMBRAS CONSULTA: ¿SE PODRÍA CONSIDERAR ESTO COMO OPCIONAL? NO SE PUEDE CORREGIR SOMBRAS SI NO SE GENERAN SOMBRAS, LA LUZ ESTÁ POR ENCIMA DE LALENTE ÓPTICA NO SE PUEDEN GENERAR SOMBRAS SI NO HAY NADA QUE SE INTERPONGA ENTRE LA LUZ Y LALENTE	09-04-2019	09:14:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:20:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.4 donde dice Colimador multiámina ajustable, rotatable a ±90° con luz para centrar al paciente solicitamos amablemente a la convocante mejorar la especificación detallando el tipo de láminas del colimador y tipo de luz, así como mejorar el ángulo de giro del mismo considerando la funcionalidad del equipo. Por lo expuesto recomendamos a la convocante que el ítem quede de la siguiente manera Colimador con filtros añadidos 0,2 Cu + 1 Al, 0,1 Cu + 1 AL y 2 AL, con luz led que indique su uso, colimador rotatable a ±120° con luz para centrar al paciente.	09-04-2019	09:14:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:21:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.6 donde dice Capacidad de almacenamiento de por lo menos 3000 imágenes y posibilidad de conexión a unidad de almacenamiento externo por medio de puerto USB solicitamos amablemente a la convocante mejorar el ítem especificando que el equipo pueda conectarse a la red del hospital de manera inalámbrica, de esta forma el sistema es funcional y práctico, no dependiendo de una conexión de cable que muchas veces no se encuentra disponible en las distintas salas o áreas de un hospital, mientras que una conexión WIFI es más práctica. Por lo expuesto recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera Capacidad de almacenamiento de por lo menos 3000 imágenes y conexión inalámbrica a la red del hospital.	09-04-2019	09:15:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:21:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicita: 4.10 3 contenedores para soluciones de lavado 4.12 Unidad de vacío (-70k Pa) y presión de +35k Pa Consulta: Se solicita respetuosamente revisar ambos apartados ya que dichos accesorios no corresponden a Microtomos	09-04-2019	09:15:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:22:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
40.3.3.3. Donde dice, Altura variable hidráulicamente entre 60 (+-3) a 90 (+-3). Solicitamos permitan cotizar 60 cm o menos a 90 cm o mas.	09-04-2019	09:15:29
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	16:22:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 4.8 donde dice Pantalla LED/LCD de por lo menos 18" en diagonal, ajustable en brillo y contraste solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar pantallas de 17 y así dar apertura a la participación de oferentes. Entonces el ítem quedaría de la siguiente forma Pantalla LED/LCD de por lo menos 17" en diagonal, ajustable en brillo y contraste.		09-04-2019	09:15:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	16:23:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicita: 5.1 Distancia intrapupilar de 48 mm o menos a 75 mm o más. Consulta: Se puede ampliar la distancia intrapupilar de 52 mm a 77 mm		09-04-2019	09:15:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	16:24:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 5.4 donde dice Detector activo de matriz (matriz de píxeles efectivos): 2664x2156x 16 bit o 2880x2400 píxeles solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar detectores con matriz de 2300 x 2800 y así dar mayor participación de oferente y a la vez especificar el valor DQE. Por lo expuesto recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Detector activo de matriz (matriz de píxeles efectivos): 2300 x 2800 o superior. DQE 66% a 0.05 Lp/mm.		09-04-2019	09:16:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	16:25:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 5.4 donde dice: Detector activo de matriz (matriz de píxeles efectivos): 2664x2156x16bit o 288x2400 píxeles. Solicitamos amablemente a la convocante modificar a: Detector activo de matriz (matriz de píxeles efectivos): 2430x19946x16bit por lo menos considerano que este valor matriz de adquisición garantiza una excelente calidad de imagen y además con esto estarán permitiendo la participación de productos de primer nivel cuya especificación este en este rango, no limitando a ciertas marcas con sesgo de exclusión dirigida.		09-04-2019	09:16:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	16:25:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 5.6 donde dice Tamaño de píxel: menor a 165 µ m solicitamos amablemente mejorar el ítem y solicitar como máximo 150 µ m. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: Tamaño de píxel: menor a 150 µ m.		09-04-2019	09:16:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	16:26:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 5.7 donde dice Ruedas accesibles para limpieza solicitamos amablemente a la convocante mejorar la especificación detallando las grillas que debe tener el detector para limpieza. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: El detector debe incluir grillas en sentido portrait y landscape		09-04-2019	09:16:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	16:26:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 6.1 donde dice Generador de alta frecuencia de al menos 40 kHz solicitamos a la convocante eliminar el valor 40 kHz ya que cada fabricante en función a otros componentes proporciona incluso valores menores de kHz para el mismo resultado funcional. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Generador de alta frecuencia.		09-04-2019	09:16:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	16:27:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 6.3 donde dice Ondulación baja (Low ripple):<1% a la potencia máxima solicitamos amablemente a la convocante que el ítem sea opcional, ya que encarece innecesariamente el equipo		09-04-2019	09:17:06

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:27:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 107.2.10 VELOCIDAD DEL OBTURADOR: 1/100 A 1/50.000 O MAYOR RANGO CONSULTA ¿SE PUEDE CONSIDERAR ESTE COMO UN ÍTEM OPCIONAL O BIEN CONSIDERAR LA VELOCIDAD DEL OBTURADOR COMO ELECTRÓNICO Y/O AUTOMÁTICO?	09-04-2019	09:17:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:28:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.4 donde dice Tubo de rayos X con punto focal menor a 1 mm y ánodo giratorio de alta rotación solicitamos amablemente a la convocante mejorar el ítem solicitando dos puntos focales y sus dimensiones. De esta manera el ítem quedaría de la siguiente manera: Tubo de rayos X con doble punto focal, foco fino menor o igual a 0,7 y foco grueso no mayor a 1,3 y ánodo giratorio de alta rotación.	09-04-2019	09:17:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:28:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 78.1 Se consulta si la placa de piernas bi-partida debe tener articulación doble en cada placa para mejorar el acceso entre las piernas. Consulta 78.2. Favor aclarar si el soporte de piernas ginecologico es del tipo GOEPEL y si se solicita un par. También se consulta si los soportes para muslos (1 par) de altura y ángulo regulables solicitados en los accesorios, son los mismos soportes para piernas ginecológicos del tipo GOEPEL, favor verificar y corregir si necesario. Consulta 78.3. Debido a la cantidad de accesorios solicitados se recomienda que la mesa tenga una carga máxima de 400kg o mayor. Consulta 78.4 Se consulta si se puede ofertar un desplazamiento longitudinal eléctrico de 30cm o mejor rango. Consulta 78.5 Se consulta Se consulta si se pueden equipos con Trendelemburg/Trendelemburg inverso de -25° a +25° o mayor rango, porque una angulación superior a 25° el paciente tiende a desplazarse sobre el colchón y seria peligrosa. Consulta 78.6 Se consulta si la mesa debe tener movimiento flex directa e inversa, se recomienda un movimiento flex directo e inverso de 40° o mayor. Consulta 78.7 Se consulta si los prolongadores bariátricos deben ser un par superior y un par inferior. Consulta 78.8 Se consulta si el dispositivos apoya brazo y de posicionamiento del brazo, debe estar compuesto por fijador orientable y apoya brazo girable, con 2 correas de fijación. Longitud del apoya brazo: 450mm±10mm. Fijador integrado con ajustes individuales de longitud y altura. Consulta 78.9 Favor aclarar si el soporte para pantalla es el arco de narcosis. Consulta 78.10. Debido a la cantidad de accesorios solicitados se recomienda solicitar 2 carros porta accesorios y no uno. Consulta 78.11 Se consulta si la mesa debe poseer indicador de ángulos de la superficie de la mesa, en el panel del control remoto. Consulta 78.12 Favor aclarar si todo el tablero de la mesa debe estar construido sin travesaños para radioscopias intraoperatorias Consulta 78.13 Se consulta si la mesa deberá funcionar automáticamente en: Orientacion Normal u Orientación Inversa, la orientación seleccionada a través del Control remoto. Consulta 78.14 Se consulta si la mesa debe poseer función de bloqueo de la mesa que anula todos los movimientos motorizados para evitar un ajuste involuntario de la mesa durante una cirugía Consulta 78.15 Se consulta si la mesa debe poseer Debe contar con memoria interna para que el usuario pueda grabar las posiciones más utilizadas de la mesa. Se recomienda como mínimo 10 posiciones de memoria interna. Consulta 78.16 Se consulta si la mesa debe poseer colchoneta torácica para colocación en decúbito prono para intervenciones en la columna vertebral, tamaño adulto. De dos elementos: Pelvis (Dimensiones: Ancho x alto x largo: 500mm±10mm x 200mm±10mm x 340mm±10mm) y Tórax (Dimensiones: Ancho x alto x largo: 500mm±10mm x 200mm±10mm x 250mm±10mm). Radiotransparente. Lavable. Consulta 78.17 Se consulta si la mesa debe poseer almohadilla apoya cabeza de gel para colocación en decúbito prono para intervenciones en la columna vertebral, tamaño adulto. Con ranuras laterales con espacio suficiente para insertar el tubo de respiración. Lavable. Ancho x alto x largo: 245mm±10mm x 125mm±10mm x 285mm ±10mm. Consulta 78.18 Se consulta si la mesa debe poseer rodillo de medio cuerpo de gel para colocación en decúbito prono para intervenciones en la columna vertebral. Lavable. Ancho x alto x largo: 150mm±10mm x 100mm±10mm x 510mm±10mm Consulta 78.19 Se consulta si la mesa debe poseer anillo apoya cabeza abierto de gel para adultos. Protege la cabeza, la cara, el cuello y las orejas. Dimensiones: diametro 200mm±5mm. Consulta 78.20 Debido a que se trata de una mesa para cirugía general, se consulta si la mesa debe tener sistema de frenado accionado eléctricamente a través del control remoto donde para el frenado la mesa desciende y se apoya en su base para mayor estabilidad. Consulta 78.21 Se consulta si la mesa auxiliar para operaciones de brazo se refiere a una Mesita quirúrgica para la mano con ancho x largo: 380mm±10mm x 850mm±20mm. El pie en T desplegable y regulable en altura. Radiotransparente 360°. Colchoneta extraíble. La posición horizontal de la mesa se debe mantener en posición Trendelenburg. Acoplable al riel lateral de la mesa. Consulta 78.22 Se consulta si la bota ergonómica ajustable se refiere a un porta pierna debe adaptarse automáticamente al ajustar la pierna y si debe proteger contra los daños posturales en el área del nervio peroneo con colchoneta interna y correas de fijación. Favor aclarar.	09-04-2019	09:17:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consulta 78.1 No es limitante, puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.2. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.3. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.4 Remitirse a adenda n° 22 Consulta 78.5 Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.6 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.7 Remitirse a la adenda n° 22. Consulta 78.8 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.9 Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.10. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.11 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.12 Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.13 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.14 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.15 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.16 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.17 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.18 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.19 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.20 No es limitante. Puede ofertar. Remitirse a adenda n° 22. Consultas 78.21 Remitirse a adenda n° 22. Consulta 78.22 Remitirse a adenda n° 22.	28-05-2019	16:29:24
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 39 - CAMILLA ORTOSTÁTICA Sub Ítem 39.3.9. - Soporte de rodilla de anchura ajustable, almohadillas acolchadas ajustables, libres de látex, transparente, impermeable a los fluidos corporales, y fáciles de limpieza con paño. Solicitamos al Convocante elimine o declare opcional este sub ítem, considerando que lo solicitado no se adecua al bien requerido, si no a un bipedestador.	09-04-2019	09:18:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:30:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.1 donde dice Generador de alta frecuencia de al menos 40 kHz solicitamos a la convocante eliminar el valor 40 kHz ya que cada fabricante en función a otros componentes proporciona incluso valores menores de kHz para el mismo resultado funcional. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Generador de alta frecuencia.	09-04-2019	09:18:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:31:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
44.3.3.1. Donde dice Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos una de ellas. Solicitamos incluyan Registro de marca de fabricación.	09-04-2019	09:18:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:31:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 39 - CAMILLA ORTOSTÁTICA Sub Ítem 39.3.10. - Posee además 3 ruedas de bloqueo doble para prevención de deslizamientos o giros. Sugerimos al Convocante la eliminación de este punto, siendo que no corresponde al bien solicitado.	09-04-2019	09:18:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:32:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.3 donde dice Ondulación baja (Low ripple): <1% a la potencia máxima solicitamos amablemente a la convocante que el ítem sea opcional, ya que encarece innecesariamente el equipo.	09-04-2019	09:18:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:32:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 94 - SILLA DE EXTRACCIÓN DE SANGRE Sub Ítem 94.3.1. - Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos permitan la cotización de: Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar la participación de oferentes nacionales.	09-04-2019	09:18:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:33:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.4 donde dice Tubo de rayos X con punto focal menor a 1 mm y ánodo giratorio de alta rotación solicitamos amablemente a la convocante mejorar el ítem solicitando dos puntos focales y sus dimensiones. De esta manera el ítem quedaría de la siguiente manera: Tubo de rayos X con doble punto focal, foco fino menor o igual a 0,7 y foco grueso no mayor a 1,3 y ánodo giratorio de alta rotación.	09-04-2019	09:18:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:33:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 7, ÍTEM 5: En el punto 4.2.3 solicitan Dispositivo antihipoxia de al menos 30 % +/- 3% de O2 Para dar mayor participación a distintos oferentes solicitamos poder cotizar equipos con dispositivo antihipoxia de al menos 25%	09-04-2019	09:18:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:34:44
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 94 - SILLA DE EXTRACCION DE SANGRE Sub Ítem 94.3.1. - Capacidad de soportar hasta 250 kg. Solicitamos la posibilidad de cotizar: Capacidad de soportar hasta 180 kg.	09-04-2019	09:18:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:35:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.6 donde dice Capacidad máxima: 200 KHU o más solicitamos amablemente a la convocante mejorar lo solicitado y pedir 300 KHU como mínimo. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: Capacidad calórica del ánodo mayor o igual a 300KHU.	09-04-2019	09:19:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:36:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.1 donde dice Variación de mAs de 1 mAs o menor a 250 mAs o más solicitamos amablemente a la convocante mejorar el rango de variación del parámetro mAs a 500 mAs o mayor y así se ocupa todo el espectro de aplicaciones que se pueda experimentar ya sea en pacientes pequeños como grandes. Por lo expuesto el ítem debería quedar de la siguiente manera: Variación de mAs de 1 mAs o menor a 500mAs o más.	09-04-2019	09:19:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:37:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 94 - SILLA DE EXTRACCION DE SANGRE Sub Ítem 94.3.1. - Cajón para almacenamiento y mesa de trabajo. Sugerimos se declare opcional este punto.	09-04-2019	09:19:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:38:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.2 donde dice Tiempo mínimo de exposición de 1 ms a 5 s o más solicitamos amablemente a la convocante mejorar lo solicitado y disminuir a 4 s o más el rango superior solicitado, y además de esta forma se da mayor participación de potenciales oferentes. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: Tiempo mínimo de exposición de 1 ms a 4 s o más.	09-04-2019	09:19:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:38:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 107.2.11 ZOOM ELECTRÓNICO CONSULTA ¿DEBERÁ TENER ZOOM ELECTRÓNICO Y ZOOM OPTICO? ¿SE REFIERE AL CABEZAL DE CÁMARA?	09-04-2019	09:19:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere al cabezal del camara.	28-05-2019	16:39:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 95 - SILLA DE RUEDAS REBATIBLES Sub Ítem 95.4.3. - Respaldo ajustable en la altura y abatible en por lo menos 45°. Solicitamos tengan a bien considerar: Respaldo ajustable en la altura y abatible en por lo menos 45° - Opcional.	09-04-2019	09:19:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:41:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.3 donde dice Display digital para KV/mAs por lo menos solicitamos amablemente a la convocante mejorar el ítem a la siguiente manera: Display digital integrado de fabrica en pantalla de adquisicion para KV/ mAs por lo menos. De esta manera se entiende que el display debe estar integrado al equipo y no subjetivamente como esta en la Adenda 14.	09-04-2019	09:19:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:41:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

74.4.4.2. Donde dice, Altura ajustable entre 100 a 130 cm, Solicitamos permitan cotizar altura ajustable entre 100 cm o menos a 130 cm o mas.	09-04-2019	09:20:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:42:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para asegurar la idoneidad del oferente, el cumplimiento de las normativas locales, y asegurar que el adjudicado podrá importar en tiempo y forma los equipos adjudicados, solicitamos agregar en esta sección, en el Inciso F) el siguiente requerimiento: 20. Para los oferentes que oferten los Items 1 y 10, deberán presentar Copia Autenticada de la Autorización de Importación/Exportación de Fuentes de Radiaciones Ionizantes y Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento de Fuentes de Radiación Ionizante de Categoría 4 y 5, vigentes a la fecha de inicio de la etapa competitiva, emitido por la Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear ARRN del Paraguay.	09-04-2019	09:20:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:42:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 95 - SILLA DE RUEDAS REBATIBLES Sub Ítem 95.4.9. - Las ruedas traseras y delanteras, deberá asegurarse que soporten una carga de trabajo a la compresión o flexión no inferior a los 120 (ciento veinte) kg cada una. Solicitamos al Convocante permita la cotización de: Las ruedas traseras y delanteras, deberá asegurarse que soporten una carga de trabajo a la compresión o flexión no inferior a los 120 (ciento veinte) kg en conjunto. O Las ruedas traseras y delanteras, deberá asegurarse que soporten una carga de trabajo a la compresión o flexión no inferior a los 75 (setenta y cinco) kg cada una.	09-04-2019	09:20:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:43:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 9.1 donde dice Hardware: disco duro de al menos 320 GB, con CPU Intel, memoria RAM de al menos 4 GB (DDR3), CD/DVD grabador, con sistema operativo Windows, con capacidad de almacenamiento de al menos 25.000 imágenes de alta resolución o más, además debe incluir una UPS acorde al consumo energético con capacidad de al menos 15 minutos, solicitamos amablemente a la convocante aclarar lo solicitado pues se entiende que el equipo es un portátil y	09-04-2019	09:20:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:10:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 95 - SILLA DE RUEDAS REBATIBLES Sub Ítem 95.4.10.4 – Donde dice: y en la parte inferior en 2 (dos) extremos en forma de palanca con 2 (dos) pedalines que permita inclinar la silla, para facilitar el ascenso y descenso de escalones a la persona que ayude. Solicitamos que esta parte: 2 (dos) pedalines sea eliminado o declarado Opcional.	09-04-2019	09:20:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:10:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3 solicitan Respaldo ajustable en Altura. Solicitamos que esta característica sea OPCIONAL, considerando el precio referencial	09-04-2019	09:20:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:11:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 9.1 donde dice Hardware: disco duro de al menos 320 GB, con CPU Intel, memoria RAM de al menos 4 GB (DDR3), CD/DVD grabador, con sistema operativo Windows, con capacidad de almacenamiento de al menos 25.000 imágenes de alta resolución o más, además debe incluir una UPS acorde al consumo energético con capacidad de al menos 15 minutos, solicitamos amablemente a la convocante aclarar lo solicitado pues se entiende que el equipo es un portátil y lo solicitado se aplica a un equipo fijo. Recomendamos que el ítem quede mínimamente de la siguiente manera: Hardware: disco duro de al menos 320 GB, con CPU Intel, memoria RAM de al menos 4 GB (DDR3), CD/DVD grabador, con sistema operativo Windows.	09-04-2019	09:20:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:11:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto 6.2 donde dice: Potencia de 40kW o más. Solicitamos amablemente a la convocante reconsiderar la potencia requerida cuyo valor resulta muy elevado para equipos rodantes. Solicitamos reducir la potencia requerida a 30kW o más considerando que con esta potencia se satisficieran los requerimientos de aplicación en un porcentaje muy elevado. Además al reducir la potencia máxima requerida se estará permitiendo la participación de un mayor número de oferentes.	09-04-2019	09:20:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:12:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 9.3 donde dice El Software debe incluir. Índice de exposición, índice de desviación, análisis de rechazo y el ítem 9.5 donde dice Network: al menos 3x Ethernet 10/100/1000 Mbit, Base-T, RJ45 integrado sean eliminados o opcionales. Pues se trata de especificaciones de un equipo fijo de rayos.	09-04-2019	09:21:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:12:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 9.4 donde dice Interfaz del operador: debe tener contar con pantalla LCD táctil de 19" (o mayor) de alto contraste (al menos 2000:1 o superior) de 1280x1024 retro solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar pantalla de 17 y así dar apertura a la participación de potenciales oferentes. Por lo expuesto el ítem quedaría de la siguiente manera: Interfaz del operador: debe tener contar con pantalla LCD táctil de 17" (o mayor) de alto contraste de 1280x1024 retro.	09-04-2019	09:21:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:12:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.2.2 donde dice Flujómetros para aire neumático simple o electrónicos solicitamos amablemente a la convocante mejorar el ítem y especificar que el flujómetro sea doble, así de esta manera se tendrá flujos bajos para el uso del equipo. Por lo expuesto recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Flujómetros para aire neumático doble o electrónicos.	09-04-2019	09:21:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:13:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.4.2 donde dice Modos de ventilación: al menos control por Volumen y Control por Presión, sincronizado intermitente con Presión de Soporte y Presión de Soporte para Ventilaciones Espontaneas solicitamos amablemente a la convocante mejorar los modos de ventilación dando apertura a la participación de potenciales oferentes y que la modalidad Sincronizado Intermitente con Presión de Soporte sea opcional ya que solamente la marca Drager lo tiene . Recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Modos de ventilación: al menos control por Volumen y Control por Presión, Espontanea, SIMV.	09-04-2019	09:22:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:13:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) CGC 14.1; 14.2 y 14.3 En la página web de la DNCP este llamado aparece como que tiene un Anticipo del 20%, sin embargo por Adenda N° 14 se elimina el Anticipo y se modifica la forma de Pago. Pedido de aclaración ¿Se otorgará o no el Anticipo del 20%?	09-04-2019	09:22:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:13:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.4.7 donde dice Control de PEEP de 0 cmH2O a 20 cmH2O (o mayor) solicitamos amablemente a la convocante dar apertura para la participación de oferentes al ítem solicitando que el rango sea desde 5cmH2O. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: Control de PEEP: off, 5 cmH2O (o menor) a 20 cmH2O (o mayor).	09-04-2019	09:22:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:14:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección VII – Anexos - Anexo N° 1 Inciso F) Cualquier otro documento adicional requerido. Numeral 9) Certificación emitida por el fabricante, que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el Paraguay.- Solicitamos que este documento sea presentado por el oferente, ya que toda la responsabilidad legal recae por éste y no por el fabricante.	09-04-2019	09:22:42

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:14:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección VII – Anexos - Anexo N° 1 Inciso F) Cualquier otro documento adicional requerido. Numeral 9) Certificación emitida por el fabricante, que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el Paraguay.- Pedido de aclaración, por lo leído ¿se podrá presentar copia simple de esta certificación a los efectos de la presentación de oferta?	09-04-2019	09:23:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:15:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.5.2 donde dice Termo compensados y calibrados. Sin necesidad de Calibracion durante toda la vida util del equipo solicitamos amablemente a la convocante mejorar el ítem de la siguiente manera: Termo compensados y calibrados. Sin necesidad de mantenimiento de al menos 9 años.	09-04-2019	09:23:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:15:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.6.5 donde dice Bolsas reutilizables de 0,5 litros, 1.3 litros, 2.3 litros y 3 litros, libres de latex solicitamos amablemente a la convocante mejorar la especificación del ítem a valores comerciales reales de bolsas. Recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Bolsas reutilizables de 0,5 litros, 1 litros, 2 litros y 3 litros, libres de latex.	09-04-2019	09:23:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:15:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección VII – Anexos - Anexo N° 1 Inciso F) Cualquier otro documento adicional requerido. Numeral 5) dice: Soporte técnico capacitado, demostrable mediante certificados del fabricante de los equipos ofertados, legalizados por consulado del país de origen.- Respetuosamente solicitamos al convocante eliminar el numeral 5) debido a que el mismo documento es requerido en el numeral 8) que dice: Presentación de Certificados que acrediten contar con servicio técnico capacitado y habilitado por el fabricante a realizar Servicio técnico al equipo ofertado.-	09-04-2019	09:23:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere al certificado emitido por el fabricante de que el oferente como empresa es Soporte Técnico del equipo ofertado.	28-05-2019	17:16:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.6.7 donde dice Sensor de flujo reutilizable (si el equipo así lo requiere) solicitamos a la convocante mejorar el ítem de la siguiente manera: Al menos 8 (ocho) sensores de flujo reutilizable para los casos en donde se requiera reemplazo periodico. Para los casos que no se requiera cambio se debiera indicar que no aplica.	09-04-2019	09:23:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:16:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección VII – Anexos - Anexo N° 1 Inciso F) Cualquier otro documento adicional requerido. Numeral 7) dice: Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. Documentos serán requeridos para la firma del contrato.- Pedido de aclaración, por lo leído ¿se podrá presentar copia simple de esta certificación a los efectos de la presentación de oferta?	09-04-2019	09:23:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:17:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5,1 donde dice Posibilidad de trabajo en entornos de hasta 40 mteslas o 400 gauss solicitamos amablemente a la convocante mejorar lo solicitado y ajustar el valor hasta dónde puede llegar el equipo al magneto, considerando que es práctico y funcional que el equipo se encuentre cerca del paciente y así evitar espacios muertos en el circuito paciente, que en el caso de como esta especificado el ítem seria alto. Por lo expuesto recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: El equipo debe poder colocarse en la línea de 1000 Gauss.	09-04-2019	09:23:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:17:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5,2 donde dice Dispositivo para medir el campo magnético con alarma acústica en caso de sobrepasar los niveles máximos solicitamos amablemente a la convocante mejorar el ítem detallando de mejor manera el dispositivo para medir campo. De lo expuesto sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Dispositivo con pantalla que indique el campo magnético, con alarma acústica en caso de sobrepasar los niveles máximos.	09-04-2019	09:24:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:17:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 107.2 UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA CONSULTA: ¿DEBERÁ SER COMPATIBLE CON ALGÚN MODO PARA MEJORA DE OBSERVACIÓN DE PATRONES DE LA MUCOSA? YA SEA NBI FICE, CROMOENDOSCOPIA O TECNOLOGÍA SIMILAR?	09-04-2019	09:25:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:18:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 107.2 UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA CONSULTA EL CABEZAL DE CÁMARA ¿DEBERÁ TENER ZOOM ÓPTICO? EL ZOOM ÓPTICO DEBERÁ SER MOTORIZADO?	09-04-2019	09:27:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:19:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 107.2 UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA CONSULTA ¿EL CABEZAL DE CÁMARA DEBERÁ SER COMPATIBLE CON AUTOCLAVE?	09-04-2019	09:28:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:20:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.5 donde dice: Tensión 40 kV o menos a 125 kV o más y corriente de tubo entre 0,5 a 400 mAs o más. Solicitamos aclarar el parámetro solicitado pues especifican corriente de tubo pero las unidades utilizadas corresponden al valor de la corriente del tubo multiplicada por el tiempo de disparo, además los valores requeridos indican que se esta refiriendo a este último parámetro que está claramente especificado en el punto 7.1. Solicitamos indicar únicamente el valor de la corriente tubo máxima con un valor de 400mA como mínimo.	09-04-2019	09:30:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:20:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 107.3.2 PRESIÓN INTRABDOMINAL: 0 A 30 mmHg O MAYOR RANGO CONSULTA: SE PUEDE OFERTAR CON PRESIÓN INTRABDOMINAL: 0-3 A 25-30 mmHg O MAYOR RANGO	09-04-2019	09:31:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:21:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA 6.1 Debido a la cantidad de parámetros solicitamos que el tamaño de la pantalla del monitor sea de 19 pulgadas con la posibilidad de ver 8 curvas como mínimo. De lo contrario el tamaño de la pantalla es pequeña para ver tanta información. CONSULTA 6.2 No todos los fabricantes usan pantallas AMOLED, se consulta si la pantalla debe ser del tipo color con controles sensibles al tacto tipo touchscreen para mejorar la interface con el usuario. CONSULTA 6.3: Debido a la complejidad de la institución solicitamos que el equipo pueda detectar como mínimo 15 tipos de arritmias diferentes. CONSULTA 6.4 Debido a la complejidad de la institución, se consulta si el equipo debe contar con medición de la saturación bajo condiciones de baja perfusión y movimiento con tecnología de MASIMO. CONSULTA 6.5 Se consulta si la pantalla del monitor debe regular su brillo de acuerdo a la iluminación de la sala, en forma automática. CONSULTA 6.6 Se consulta si el equipo debe tener la posibilidad de presentar e interactuar en su pantalla con información digital disponible en el hospital como por ejemplo datos de laboratorio, PACS, ficha clínica electrónica, ficha anestésica, imágenes médicas, a futuro. CONSULTA 6.7 Se consulta si los monitores podrán estar conectados en red sin la necesidad de una central de monitorización.	09-04-2019	09:31:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:21:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

DICE: 107.3.3 CON SISTEMA CALEFACTOR CONSULTA ¿SE PUEDE CONSIDERAR ESTO COMO UN ÍTEM OPCIONAL?	09-04-2019	09:32:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:21:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 107.4 FUENTE DE LUZ CONSULTA: ¿DEBERÁ POSEER LAMPARA DE EMERGENCIA?	09-04-2019	09:33:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:22:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3 donde dice: control automático de exposición. Solicitamos a la convocante eliminar este requisito por considerar que no aplica a equipos rodantes o móviles. Este requisito normalmente requiere de la instalación de sistemas de detección tipo bucky para la instalación de las cámaras de ionización utilizadas para el Control Automático de Exposición.	09-04-2019	09:34:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:22:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 107.4 FUENTE DE LUZ CONSULTA: ¿DEBERÁ SER COMPATIBLE CON ALGÚN MODO DE OBSERVACIÓN PARA MEJORA DE LA ESTRUCTURA DE LOS PATRONES DE LA MUCOSA, YA SEA NBI - FICE - CROMOENDOSCOPIA O CUALQUIER TECNOLOGÍA SIMILAR?	09-04-2019	09:35:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:23:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 87 – Otoscopio Dice en el numeral 87.4.8 Por lo menos 10 espéculos reutilizables compatibles con el otoscopio ofertado. Debido al bajo precio referencial, solicitamos disminuir la cantidad de espéculos reutilizables, a lo siguiente: 87.4.8 Por lo menos 3 espéculos reutilizables compatibles con el otoscopio ofertado.	09-04-2019	09:37:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:24:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE 107.5.1 MONITOR DE USO MEDICO, CON PANTALLA LCD O PLASMA DE AL MENOS 19 PULGADAS CONSULTA ¿SE PUEDE CONSIDERAR COMO MINIMAMENTE EL TAMAÑO DE LA PANTALLA DE 26 PULGADAS O MAYOR CON RELACIÓN DE CONTRASTE 16:9 O 16:10?	09-04-2019	09:37:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:24:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 87 – Otoscopio Dice en el numeral 87.4.9 Por lo menos 500 espéculos descartables compatibles con el otoscopio ofertado. Debido al bajo precio referencial, solicitamos disminuir la cantidad de espéculos descartables, a lo siguiente: 87.4.9 Por lo menos 50 espéculos descartables compatibles con el otoscopio ofertado.	09-04-2019	09:38:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:25:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.2 donde dice: Cable del disparador de al menos 4 m o inalámbrico con alcance de 5m o más. Solicitamos a la convocante eliminar el requisito de disparador inalámbrico basados en nuestra experiencia del poco cuidado puesto en este dispositivo resultando en extravío frecuente del mismo y que resulta en un sobrecosto innecesario.	09-04-2019	09:39:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:25:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 107.6 CARRO PARA TRANSPORTE CONSULTA ¿DEBERÁ TENER UN BRAZO MÓVIL PARA PODER VARIAR Y POSICIONAR EL MONITOR EN CUALQUIER ALTURA Y ANGULO DE VISIÓN PARA MAYOR COMODIDAD DE LOS USUARIOS?	09-04-2019	09:39:40

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:26:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 107.6 CARRO PARA TRANSPORTE CONSULTA ¿DEBERÁ TENER UNA FUENTE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO PARA MAYOR SEGURIDAD DEL PACIENTE Y DE LOS USUARIOS?	09-04-2019	09:40:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:26:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 72 – Macrocentrifuga Solicitamos declarar Opcional la parte que dice 72.4.10 Almacenamiento de programas 99 o mas.	09-04-2019	09:41:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:28:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 107.6 CARRO PARA TRANSPORTE CONSULTA ¿DEBERÁ TENER UNA BANDEJA ESPECIAL PARA COLOCACIÓN DEL TECLADO?	09-04-2019	09:41:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:28:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 107.6 CARRO PARA TRANSPORTE CONSULTA ¿DEBERÁ SER ORIGINAL DEL FABRICANTE?	09-04-2019	09:42:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:30:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 107.6 CARRO PARA TRANSPORTE CONSULTA ¿DEBERÁ TENER UN BOTÓN PARA ENCENDIDO Y ALIMENTACIÓN DEL CARRO?	09-04-2019	09:43:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:30:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 72 – Macrocentrifuga Solicitamos reducir la cantidad de tuvos a 72.4.9 Capacidad mínima 12 tubos (o mas) x 15ml.	09-04-2019	09:43:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:31:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que se incluya un anticipo de al menos un 20% (veinte por ciento) del valor del contrato, de manera a reducir los costos financieros y que el IPS obtenga mejores precios finales.	09-04-2019	09:43:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 14	28-05-2019	17:32:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE 107.2 UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA ¿DEBERÁ TENER UN TECLADO PARA PROGRAMACIÓN Y CARGA DE DATOS DE USUARIOS Y PACIENTES?	09-04-2019	09:44:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:33:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.8 solicitan: Pantalla LED/LCD de por lo menos 18 diagonal, ajustable en brillo y contraste. Los equipos de ultima generación ya utilizan todos pantallas touchscreen, por lo que solicitamos modificar esta especificación para mayor eficiencia en el uso del equipo: 4.8 Pantalla táctil LED/LCD de por lo menos 18 diagonal, ajustable en brillo y contraste	09-04-2019	09:44:51

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:33:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos actualizar el precio referencia del ARCO EN C en al menos 620.000.000 de guaraníes, ya que el precio estimado actual de Gs. 528.300.000 no se encuentra acorde a las especificaciones técnicas solicitadas. Además se debe tener en cuenta que se solicita garantía de al menos tres años y debe incluir mantenimiento de los equipos.	09-04-2019	09:45:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a los precios referenciales en el SICP	28-05-2019	17:34:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para optimizar la movilidad del equipo solicitamos agregar la siguiente especificación en el Punto 4. Características Generales de las especificaciones técnicas: El mecanismo de movilidad debe permitir la realización de giros de 360° con poco esfuerzo. Para mejor visibilidad durante el transporte, la columna debe ser plegable o colapsable de tal manera que quede a una altura máxima de 140cms y no exista nada del equipo que se interponga a la vista de la persona que lo transporta	09-04-2019	09:45:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:35:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para asegurarse la adquisición de equipos de ultima generación y que sean productivos para el operador solicitamos que el punto 7.3 quede redactado de la siguiente manera: 7.3 Display digital táctil de al menos 8 en la parte exterior del tubo para KV/mAs y operación del equipo	09-04-2019	09:46:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:35:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos que dejen participar a todas aquellas empresas que estamos prestando servicios y/o proveyendo insumos biomedicos para poder ofertar productos que cumplen y superan las especificaciones técnicas de algunos ítems solicitados en éste llamado. Ademas atendiendo uno de los puntos de la Ley 2051, Art. 21 (sobre la precalificación) que dice: "...La precalificación será obligatoria en los procedimientos de licitación pública para la realización de obras de gran magnitud o de complejidad considerable, o en cualquier otra circunstancia en que el alto costo de la preparación de las ofertas detalladas pudiera desalentar la competencia..." notablemente se menciona una precalificación para garantizar la calidad del producto y/o obra a ser entregada. Lo cual creemos que al realizar tan buen trabajo en las especificaciones técnicas básicamente ya se descarta a empresas que no cumplan con los requisitos mínimos de calidad. Por éste motivo solicitamos que: la experiencia en facturación sean consideradas todas las facturas y/o contratos relacionados a DISPOSITIVOS BIOMEDICOS lo cual esta reglamentado por el Ministerio de Salud y de ésta manera permitir que empresas que poseamos productos que cumplen con lo solicitado, podamos participar	09-04-2019	09:47:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:49:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 23 – Baño María por favor aclarar si debe ser microprocesado	09-04-2019	09:48:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:49:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.4.7 Solicitan: Despliegue de al menos 6 curvas fisiológicas simultáneamente con la función de Full disclosure, que muestra en pantalla las 12 derivaciones de ECG. Sugerimos soliciten al menos: Despliegue de al menos 10 curvas fisiológicas simultáneamente con la función de Full disclosure de 48 hrs., que muestra en pantalla las 12 derivaciones de ECG.	09-04-2019	09:48:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:50:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.4.8 Solicitan: Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos. Sugerimos soliciten al menos: Tendencias gráficas y numéricas de 120 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos.	09-04-2019	09:48:49
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:50:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 66 – LAMPARA SCIALITICA PORTATIL En donde dice: 66.4.3 – Rotación de la cúpula en torno de su brazo de suspensión en 360° Solicitamos al convocante modificar ligeramente este pedido a: 66.4.3 – Rotación de la cúpula en torno de su brazo de suspensión en 360° (180° + 180°)	09-04-2019	09:49:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:51:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 107.6.5 GRABADOR/REPRODUCTOR DE DVD CON CABLES DE CONEXIÓN CONSULTA: SE PUEDE CONSIDERAR ALTERNATIVAS, YA QUE LE GRABADOR REPRODUCTOR DE DVD YA ES TECNOLOGÍA OBSOLETA, LA CAPACIDAD DE UN DVD PARA GRABAR EN HD O FULL HD ES MUY LIMITADA, DEBIENDO CONSIDERARSE "MODULO DE GRABACIÓN DE VIDEO DE GRADO MEDICO, CON CAPACIDAD DE GRABAR EN HD O FULL HD, CON ENTRADAS DE VIDEO HD SDI Y DVI. CON DISCO DURO DE AL MENOS 1 TERABYTE Y CAPACIDAD DE GRABACIÓN MEDIANTE PUERTO USB A UN MEDIO EXTERNO, CAPACIDAD DE GRABAR EN SIMULTÁNEO EN EL DISCO DURO Y MEDIO EXTERNO MEDIANTE EL PUERTO USB	09-04-2019	09:49:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:51:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que empresas que cuenten con productos que cumplen las especificaciones técnicas tambien puedan participar teniendo en cuenta el monto total de facturación de la misma, como ya lo hicieron en la anterioridad en el IPS. adjuntamos documento de evaluación de una empresa FARMACEUTICA fue adjudicada para prestación de servicios de mantenimiento de equipos biomedicos cuando ésta en la fecha no contaba con experiencia en el ramo, de igual manera la misma cumplió con todos los protocolos de trabajo del IPS. Solicitamos que al haber éste precedente, exista tambien la posibilidad para otras empresas a tener la misma oportunidad.	09-04-2019	09:49:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:52:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 6 – MONITOR MUTIPARAMERTRICO En donde dice: "Despliegue de al menos 6 curvas fisiológicas simultáneamente con la función de Fulldisclosure que muestra en pantalla las 12 derivaciones de ECG ". Resulta ambigua la forma de solicitar " función de Fulldisclosure que muestra en pantalla las 12 derivaciones de ECG", esta función realiza la verificación de ampliación de zonas de interés no así mostrar las 12 derivaciones. Ante esta situación, rogamos a la convocante que se solicite como Opcional.	09-04-2019	09:49:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:52:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 23 – Baño María Solicitamos permitir la cotización de: 23.4.1. Interior en aluminio recubierto en teflòn, o policarbonato o acero inoxidable o similar	09-04-2019	09:49:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:53:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos por éste medio el fomento de la participación de empresas que cumplen con las especificaciones aquí solicitadas, debido a que en caso de no cumplir con los rigurosos y específicos datos solicitados en las especificaciones técnicas, la oferta que no cumple eso, será descalificada. Pedimos humildemente que sea tenido en cuenta el volumen total de facturación de la empresa para ésta licitación y así dar cumplimiento al Art. 7 de la Ley 2051 En los procedimientos de contratación pública regidos por esta ley, los organismos, las entidades y las municipalidades deberán promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas.	09-04-2019	09:49:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:53:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 66 – LAMPARA SCIALITICA PORTATIL En donde dice: 66.7.1 – Diámetro del campo de iluminación de 19 cm como mínimo. Solicitamos al convocante aceptar con Diámetro del campo de iluminación de 16 cm como mínimo.	09-04-2019	09:49:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:53:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.4.9 Solicitan: Capacidad de almacenamiento de eventos. Sugerimos soliciten: Capacidad de almacenamiento de al menos 1000 eventos.	09-04-2019	09:49:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:54:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 66 – LAMPARA SCIALITICA PORTATIL En donde dice: 66.7.2 – Intensidad luminosa homogénea de 40.000 a 120.000 luxes a 1 m de distancia de la fuente. Solicitamos al convocante aceptar con Intensidad luminosa homogénea de 40.000 a 120.000 luxes (o mayor rango) a 1 m de distancia de la fuente.	09-04-2019	09:50:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:54:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Adenda Nro 17. Sección VII – Anexo Nro 1 – Documentos que componen la oferta, F) Cualquier otro documento requerido. Punto 18. Donde dice: Presentación como mínimo de tres (3) Certificados o Actas de Recepción Final de Provisión de Equipos Biomédicos donde conste el desempeño satisfactorio en la provisión de Equipos Biomédicos, expedidos por Instituciones Publicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). Solicitamos que se pueda presentar Certificados o Actas de Recepción Final de Provisión de Equipos Tecnológicos en general, ya que existen empresas tecnológicas con basta experiencia en la provisión de tecnología tanto en el sector Publico como Privado con muchos años de trayectoria y que actualmente están incursionando en el área de la tecnología médica. Esto permitirá que dichas empresas puedan participar y así tener mayor cantidad de oferentes; de no ser posible esto, solicitamos que se puedan presentar NOTAS DE REMISIONES de las entregas de los equipos Biomédicos.	09-04-2019	09:50:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:55:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 67 – LAMPARA SCIALITICA DE TECHO En donde dice: 67.4.3.1 – Diámetro del campo de iluminación de 19 cm como mínimo. Solicitamos al convocante aceptar con Diámetro del campo de iluminación de 16 cm como mínimo	09-04-2019	09:50:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:55:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.4.16 Solicitan: Capacidad de interfase con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7. (OPCIONAL) Sugerimos que este requerimiento quede redactado como sigue: Capacidad de interfase con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7. El equipo debe soportar HL7 en forma nativa sin necesidad de ningún software externo que actúe como traductor entre el monitor y el sistema hospitalario, consideran el auge de la telemedicina y la necesidad creciente de la transmisión de información entre diferentes servicios y hospitales.	09-04-2019	09:50:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:55:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que sean tenido en cuenta empresas cuyos productos cumplan con lo solicitado en las especificaciones técnicas de éste llamado y que sean considerados el monto de facturación total de la empresa, como lo hicieron en el llamado citado ID: 309791	09-04-2019	09:50:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:56:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.5.1.4 solicitan: Detección de por lo menos 10 arritmias. Sugerimos soliciten Detección de por lo menos 20 arritmias y QT (QTc)	09-04-2019	09:50:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:56:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consultamos la posibilidad de que empresas que estén habilitadas como taller y distribuidor de productos médicos puedan considerarse la totalidad de facturación de la misma ya que poseemos productos europeos que cumplen y superan las especificaciones aquí solicitadas y de ésta manera podamos ofrecer productos de excelente calidad para la institución	09-04-2019	09:51:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:56:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.5.2.3 solicitan: Indice de Pulsatilidad OPCIONAL, Sugerimos soliciten: Indice de perfusión que permite cuantificar la intensidad del pulso. Además, permite evaluar la intensidad de la señal de SpO2.	09-04-2019	09:51:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:57:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos ampliar el Plazo para Entrega de equipos a por lo menos 120 (ciento veinte) días a partir de la firma del contrato o Cobro del Anticipo, considerando que los tiempos de fabricación y transporte de los equipos son de alrededor 120 días.	09-04-2019	09:51:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:57:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos la posibilidad de que empresas con más de 15 años en el rubro puedan participar en éste llamado considerando dos cosas: 1- que cumplimos los estrictos pedidos en las especificaciones técnicas 2- tenemos todas las habilitaciones y documentaciones en regla solicitados por el ministerio de salud y 3- tenemos técnicos certificados en fabrica para el mantenimiento de los productos que ofrecemos. Por lo cual pedimos amablemente que sean considerados el volumen total de negocios que cuenta la empresa para que el margen de oportunidades para adquirir productos de buena calidad para el IPS sea mayor.	09-04-2019	09:51:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:58:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7.4.5 Solicitan: Conectividad a la red de monitoreo. (conexión con o sin cables). Deberá además contar con la opción de conectarse a futuro con la central de monitoreo y redes intrahospitalarias a través de una computadora incorporada al monitor que permita al usuario acceder al PACS, HIS, RIS, etc, pudiendo consultar en la pantalla del monitor estudios tomográficos, radiológicos, laboratoriales, etc, así como datos estadísticos/ administrativos, etc. Sugerimos que este requerimiento quede redactado de la siguiente manera: Conectividad a la red de monitoreo. (conexión con o sin cables). Capacidad de interfase con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7. El equipo debe soportar HL7 en forma nativa sin necesidad de ningún software externo que actúe como traductor entre el monitor y el sistema hospitalario	09-04-2019	09:52:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:58:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7.4.7 Solicitan: Despliegue de al menos 6 curvas simultáneas. Sugerimos que el equipo cuente con: Despliegue de al menos 10 curvas fisiológicas simultáneamente con la función de Full disclosure de 48 hrs., que muestra en pantalla las 12 derivaciones de ECG.	09-04-2019	09:52:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:59:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: ITEM 107.6.6 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA. POTENCIA DE CORTE MONOPOLAR DE AL MENOS 300 WATTS CONSULTA: PODRÍAN DAR MAS DETALLES DE LAS CARACTERISTICAS DEL ELECTROBISTURI, COMO SER ¿ESPACIOS DE MEMORIA PARA USUARIOS O PROGRAMAS? ¿CUANTAS SALIDAS MONOPOLARES Y BIPOLARES DEBE TENER? ¿POTENCIA DE COAGULACIÓN MONOPOLAR? ¿El equipo debe contar con Regulación del arco Voltaico para efectos reproducibles en el tejido?¿El equipo debe poseer una función para intercambiar entre salidas monopolar y bipolar mediante una tecla o botón en el pedal? ETC	09-04-2019	09:52:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	16:59:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ponemos a consideracion en las cantidades de Domos solicitados que son 100 unidades por canal y como son dos canales lo solicitado para la presion invasiva, preguntamos lo siguiente: Si estan solicitando 200 domos y el precio referencial al cual el IPS solitico en la anterioridad (ID: 309732) es de Gs. 121.000, el costo aproximado referencial solo en ese producto sería de: 200x121.000= 24.100.000 equivalente aprox. al 36% del precio referencial del item. 1- Tiene sentido encarecer tanto éste item por la alta cantidad de domos solicitados? 2- 81equipos X 200 domos= 16.200 domos serán utilizados por el servicio antes de que venzan los mismos? ya que normalmente tienen un año de vencimiento. Es decir, estarían utilizando casi una unidad por día en todos los monitores?	09-04-2019	09:52:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:00:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 5.1 Se solicita que en el ítem 4.1.8 los indicadores o manómetros de presión para suministro de toma mural y de cilindros analógicos o electrónicos, ya que estos dispositivos se usan como información de referencia solamente. Recomendamos que si van a solicitar manómetros digitales, los vaporizadores también deberían ser a inyección electrónica y digitales de tal forma que toda la máquina de anestesia sea digital y no solo una parte de ella. Consulta 5.2 Debido a que la precisión de los flujómetros mecánicos es igual a los flujómetros electrónicos se solicita que en el ítem 4.2.1 se puedan cotizar flujómetros electrónicos o virtuales o mecánicos. Recomendamos que si van a solicitar flujómetros digitales, los vaporizadores también deberían ser a inyección electrónica y digitales de tal forma que toda la máquina de anestesia sea digital y no solo una parte de ella. Consulta 5.3 En el ítem 4.2.2 se solicita mezclador electrónico. Se solicita que se puedan cotizar mezcladores mecánicos debido a que si van a solicitar mezcladores electrónicos, también se debería solicitar que los vaporizadores sean a inyección electrónica y digitales de tal forma que toda la máquina de anestesia sea digital y no solo una parte de ella. Consulta 5.4 en el ítem 5.11.4 se solicita Software para optimización del flujo de gas fresco (economizador). Debido a que en estas especificaciones se solicitan vaporizadores calibrados y mecánicos con conexión selectatec, el software para optimización del flujo de gas fresco sólo hace una estimación, no hace un cálculo exacto porque el usuario controla manualmente el dial del vaporizador y por lo tanto la concentración del agente anestésico. Además este software llamado de EcoFLOW es fabricado por GE y por lo tanto dirige las especificaciones. Solicitamos considerar este software de GE OPCIONAL. Este software solamente tiene sentido en una máquina con vaporizadores inyección electrónica y digitales. Consulta 5.5 El monitor cerebral BIS pertenece a un fabricante en específico MEDTRONIC. Para no dirigir las especificaciones a un solo fabricante solicitamos colocar monitor de profundidad de anestesia y sedación	09-04-2019	09:53:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:00:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7.4.8 Solicitan: Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos. Sugerimos soliciten al menos: Tendencias gráficas y numéricas de 120 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos.	09-04-2019	09:53:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:01:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para una mayor productividad, solicitamos agregar las siguientes especificaciones en la sección 4 Características Generales de las especificaciones técnicas: Los detectores deben tener la posibilidad de ser compartidos entre cualquier sala de equipo de RX digital o sistema móvil de RX Digital Cargador de batería independiente para independizar la carga de la batería del uso del detector	09-04-2019	09:53:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se limita puede ofertar. Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:02:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ponemos a consideración el precedente de compra de equipos biomédicos (ID: 282851) del ente regulador que es el MSP en donde se puede ver lo siguiente: 1- El monto de compra adjudicado es del aprox. 37% del valor referencial de ésta licitación 2- la experiencia en facturación es solo del 25% de los últimos 3 años en dispositivos biomédicos 3- Existen empresas adjudicadas en ésta licitación que no cumplieron con el 25% en facturación de equipos biomédicos pero si cumplen considerando el volumen total facturado de la empresa Los resultados fueron: que el MSP adquirió equipos de muy alta gama a un excelente precio y que hasta hoy día siguen en funcionamiento, la mayoría de ellos productos de elite de origen europeo. Considerando que esto lo consiguieron a través de una muy buena realización de especificaciones técnicas, cosa que también el IPS se destaca en hacerlo, solicitamos: que a través de éste antecedente exitoso y beneficioso para el Estado, sean considerados el monto total de facturación de la empresa y que sea descalificada solo si no reúne los requisitos mínimos exigidos en los bienes solicitados para ofrecer el fomento de la libre, justa y perfecta competencia de los proveedores	09-04-2019	09:53:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:02:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7.4.9 Solicitan: Capacidad de almacenamiento de eventos. Sugerimos que el equipo cuente con: Capacidad de almacenamiento de al menos 1000 eventos.	09-04-2019	09:53:46

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:03:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: 107.7.22 2 X APLICADOR DE CLIPS DESMONTABLE CONSULTA: ¿SE PUEDE OFERTAR CON APLICADOR DE CLIPS, ROTATIVOS PARA CLIPS MEDIUM LARGE? DE DOBLE ACCION	09-04-2019	09:55:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:03:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7.4.9 Solicitan: Capacidad de almacenamiento de eventos. Sugerimos que el equipo cuente con: Capacidad de almacenamiento de al menos 1000 eventos.	09-04-2019	09:56:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:03:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7.5.2.3 solicitan: Indice de Pulsatilidad OPCIONAL, Sugerimos soliciten: Indice de perfusión que permite cuantificar la intensidad del pulso. Además, permite evaluar la intensidad de la señal de SpO2.	09-04-2019	09:56:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:04:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 90 – PORTASUERO Sub Ítem 90.3.1. Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos permitan la cotización de: Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o Registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, al menos alguna de ellas, para posibilitar la participación de oferentes nacionales.	09-04-2019	09:56:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:04:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
107.7.23 1 X AGUJA PARA INYECCIÓN DE 1.2 MM CONSULTA ¿SE PUEDE OFERTAR CON 1 X AGUJA PARA INYECCIÓN DE 1.2 A 1.5 MM?	09-04-2019	09:56:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:05:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7.1.4 Solicitan: Detección de por lo menos 10 arritmias. Sugerimos soliciten: Detección de por lo menos 15 tipos de arritmias	09-04-2019	09:57:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:05:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
institución 6- Consultamos la posibilidad de que empresas con más de 15 años en el rubro puedan participar en éste llamado considerando dos cosas: 1- que cumplimos los estrictos pedidos en las especificaciones técnicas 2- tenemos todas las habilitaciones y documentaciones en regla solicitados por el ministerio de salud y 3- tenemos técnicos certificados en fabrica para el mantenimiento de los productos que ofrecemos. Por lo cual pedimos amablemente que sean considerados el volumen total de negocios que cuenta la empresa para que el margen de oportunidades para adquirir productos de buena calidad para el IPS sea mayor.	09-04-2019	09:57:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22	28-05-2019	17:05:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ponemos a consideracion en las cantidades de Domos solicitados que son 100 unidades por canal y como son dos canales lo solicitado para la presion invasiva, preguntamos lo siguiente: Si estan solicitando 200 domos y el precio referencial al cual el IPS solitico en la anterioridad (ID: 309732) es de Gs. 121.000, el costo aproximado referencial solo en ese producto sería de: 200x121.000= 24.100.000 equivalente aprox. al 36% del precio referencial del item. 1- Tiene sentido encarecer tanto éste item por la alta cantidad de domos solicitados? 2- 81equipos X 200 domos= 16.200 domos seran utilizados por el servicio antes de que venzan los mismos? ya que normalmente tienen un año de vencimiento. Es decir, estarían utilizando casi una unidad por día en todos los monitores?	09-04-2019	09:58:00

Listado de Consultas

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	17:06:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM N° 90 – PORTASUERO Sub Ítem 90.3.1. Estructura tubular de acero inoxidable. Solicitamos posibilidad de cotizar: Estructura tubular de acero inoxidable o acabado en pintura electrostática.		09-04-2019	09:58:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	17:06:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ponemos a consideración el precedente de compra de equipos biomédicos (ID: 282851) del ente regulador que es el MSP en donde se puede ver lo siguiente: 1- El monto de compra adjudicado es del aprox. 37% del valor referencial de ésta licitación 2- la experiencia en facturación es solo del 25% de los últimos 3 años en dispositivos biomédicos 3- Existen empresas adjudicadas en ésta licitación que no cumplieron con el 25% en facturación de equipos biomédicos pero si cumplen considerando el volumen total facturado de la empresa Los resultados fueron: que el MSP adquirió equipos de muy alta gama a un excelente precio y que hasta hoy día siguen en funcionamiento, la mayoría de ellos productos de elite de origen europeo. Considerando que esto lo consiguieron a través de una muy buena realización de especificaciones técnicas, cosa que también el IPS se destaca en hacerlo, solicitamos: que a través de éste antecedente exitoso y beneficioso para el Estado, sean considerados el monto total de facturación de la empresa y que sea descalificada solo si no reúne los requisitos mínimos exigidos en los bienes solicitados para ofrecer el fomento de la libre, justa y perfecta competencia de los proveedores		09-04-2019	09:58:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	17:07:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DICE 107.7.28 ASA DE LIGADURA, CON NUDOS, CON HILO SINTETICO REABSORVIBLE, ENVASE DE 10 O MAS UNIDADES CONSULTA: ¿SE PUEDE CONSIDERAR ESTO COMO UN ITEM OPCIONAL?		09-04-2019	09:58:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	17:07:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM N° 90 – PORTASUERO Sub Ítem 90.2.1. Estructura tubular de acero inoxidable. Solicitamos posibilidad de cotizar: Estructura tubular de acero inoxidable o acabado en pintura electrostática.		09-04-2019	09:59:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	17:08:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.2 solicitan "Cable del disparador de al menos 4m o inalambrico con alcance de 5m o mas". Para mayor productividad y minizar el contacto del operador con las zonas de radiacion solicitamos reformular este requerimiento dejandolo como sigue: 4.2 Disparador inalambrico con alcance de 5m o mas		09-04-2019	09:59:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 22		28-05-2019	17:08:12

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - RUC: 80011101-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508003149	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A	27-11-2019	29-11-2019	26-06-2020

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ASUNCION COMUNICACIONES S.A - RUC: 80012224-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 10
03.1508.03587/000	Póliza	La Paraguaya S.A. de Seguros y Reaseguros	28-11-2019	28-11-2019	25-06-2020
Oferente: CODEX S.R.L. - RUC: 80000173-7					
Oferente: CODEX S.R.L. - RUC: 80000173-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 11
1508010479	Póliza	Aseguradora del Este S.a	28-11-2019	28-11-2019	10-06-2020
Oferente: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - RUC: 80006779-7					
Oferente: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - RUC: 80006779-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 12
1508047713	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	28-11-2019	29-11-2019	06-06-2020
Oferente: G T SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6					
Oferente: G T SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 13
28.1508004430.0000	Póliza	Aseguradora Yacyreta S.A.	28-11-2019	29-11-2019	26-06-2020
Oferente: Consorcio Sumi - RUC: 80109965-0					
Oferente: Consorcio Sumi - RUC: 80109965-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 14
2-1508-5459-000	Póliza	La Rural S.A	28-11-2019	28-11-2019	25-06-2020
Empresas del Consorcio					
RUC	Razón Social				
80068800-7	SUMI SOCIEDAD ANONIMA				
990840-4	SUMI SCIENTIFIC				
Oferente: CASA BOLLER S.A. - RUC: 80001556-8					
Oferente: CASA BOLLER S.A. - RUC: 80001556-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 15
1508011489	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A CIA. DE SEGUROS GENERALES	25-11-2019	28-11-2019	04-06-2020
Oferente: V & V S.A - RUC: 80038216-1					
Oferente: V & V S.A - RUC: 80038216-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 16
1508003147	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	27-11-2019	28-11-2019	15-06-2020
Oferente: DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80017185-3					
Oferente: DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80017185-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 17
1508004540	Póliza	FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	27-11-2019	28-11-2019	29-07-2020

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80017185-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 17
Oferente: IN SITU S.A. - RUC: 80027373-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 18
1508016599	Póliza	ASEPASA	27-11-2019	28-11-2019	05-06-2020
Oferente: SALUMAX S.A. - RUC: 80018828-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 19
1508003155	Póliza	Royal Seguros S.A.	27-11-2019	28-11-2019	05-06-2020
Oferente: INFOTEC SA - RUC: 80021897-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508047671-000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	27-11-2019	28-11-2019	05-07-2020
Oferente: EDISON S.R.L. - RUC: 80093090-8			Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 20
1508002567	Póliza	Seguros Generales S.A.	23-11-2019	28-11-2019	25-06-2020
Oferente: GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80088101-0			Categoría: Pequeña		Nro. Oferente: 21
1508003161	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	27-11-2019	28-11-2019	25-06-2020
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7			Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 22
28.1508004435.0000	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	28-11-2019	28-11-2019	25-06-2020
Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 23
1508001593	Póliza	Regional S.A. de Seguros	27-11-2019	28-11-2019	15-06-2020
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 24
1508047687	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	28-11-2019	29-11-2019	16-06-2020

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 24
Oferente: B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - RUC: 80012330-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 25
1508002571	Póliza	SEGUROS GENERALES S.A. SEGESA	23-11-2019	28-11-2019	25-06-2020
Oferente: MAKRI S.A. - RUC: 80029237-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 26
1508004541	Póliza	FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	27-11-2019	28-11-2019	05-06-2020
Oferente: GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80091967-0			Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 27
1508015223	Póliza	Seguros Chaco S.A de seguros y reaseguros	22-11-2019	29-11-2019	25-06-2020
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 28
1508005117	Póliza	EL SOL DEL PARAGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	28-11-2019	29-11-2019	26-06-2020
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 29
1508047655	Póliza	LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS	27-11-2019	28-11-2019	05-06-2020
Oferente: LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508016601	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	27-11-2019	28-11-2019	05-06-2020
Oferente: DEZETA S.A - RUC: 80019208-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
1508005114	Póliza	El Sol del Paraguay	28-11-2019	29-11-2019	26-06-2020
Oferente: DGR INTERNACIONAL S.R.L. - RUC: 80028232-9			Categoría: Pequeña		Nro. Oferente: 5
1508046411 - END.: 000	Póliza	La Consolidada S.A.	22-08-2019	02-09-2019	10-03-2020

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Oferente: DGR INTERNACIONAL S.R.L. - RUC: 80028232-9 Categoría: Pequeña Nro. Oferente: 5

1508046411 - END.: 001/002	Endoso de Póliza	La Consolidada S.A.	28-11-2019	29-11-2019	06-06-2020
----------------------------	------------------	---------------------	------------	------------	------------

Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1 Categoría: Sin categorizar Nro. Oferente: 6

1508047711 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	28-11-2019	28-11-2019	25-06-2020
------------------------	--------	--------------------------------	------------	------------	------------

Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0 Categoría: Sin categorizar Nro. Oferente: 7

1508016600	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	27-11-2019	28-11-2019	05-07-2020
------------	--------	----------------------------	------------	------------	------------

Oferente: FALCON COM. & IND. S.A. - RUC: 80010835-3 Categoría: Sin categorizar Nro. Oferente: 8

1508006305	Póliza	ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	27-11-2019	29-11-2019	26-06-2020
------------	--------	-----------------------------------	------------	------------	------------

Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3 Categoría: Sin categorizar Nro. Oferente: 9

1508016602	Póliza	Asepasa	27-11-2019	28-11-2019	05-06-2020
------------	--------	---------	------------	------------	------------

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	41111808-004	ARCO EN C				8	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	General Electric	General Electric	Brivo Essential	USA	Arco en C	685.733.400	5.485.867.200
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	CIOS SELECT	ALEMANA	Equipo de rayos X arco en C - Fijo	519.000.000	4.152.000.000
Consorcio Sumi - 80109965-0	Shimadzu	Shimadzu	OPESCOPE ACTENO	Japon	Equipo de rayos X arco en C - Fijo ARCO EN C	590.760.000	4.726.080.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	Allenger	Allengers Medical Systems Ltda.	HF 59 R	INDIA	ARCO EN C	528.300.000	4.226.400.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	BV VECTRA	INDIA/ HOLLANDA	ARCO EN C	600.000.000	4.800.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DEZETA S.A - 80019208-7	Mindray	Mindray Medical International Limited	DC70 X-Insight	China	Ecografo Modular Multipropósito	550.000.000	1.650.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	SONOSCAPE	SONOSCAPE MEDICAL CORP.	P50	CHINA	Ecografo Modular Multiproposito	717.166.667	2.151.500.001
IMESE S.A. - 80016426-1	ESAOTE	ESAOTE SPA	MYLAB X6	ITALIA	ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPÓSITO	420.000.000	1.260.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	AFFINITI 70	U.S.A.	ECOGRAFO MODULAR MULTIPARAMETRICO	600.000.000	1.800.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ P9	COREA	ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPOSITO	750.000.000	2.250.000.000

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42201718-001	ECOGRAFO MODULAR PARA UROLOGÍA					1

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DEZETA S.A - 80019208-7	Mindray	Mindray Medical International Limited	DC70 X-Insight	China	Ecografo Modular para Urología	534.000.000	534.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	ESAOTE	ESAOTE SPA	MYLAB X5	ITALIA	ECOGRAFO MODULAR PARA UROLOGÍA	450.000.000	450.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	AFFINITI 70	U.S.A.	ECOGRAFO MODULAR PARA UROLOGIA	500.000.000	500.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ P9	COREA	ECOGRAFO MODULAR PARA UROLOGIA	750.000.000	750.000.000

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	42181716-001	ELECTROCARDIOGRAFO					12

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOTEC SA - 80021897-3	FAZZINI	FAZZINI	ECG 1200 A	ITALIA	ELECTROCARDIOGRAFO	22.000.000	264.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	Edan Instruments, Inc.	SE-1200 Express	China	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	25.000.000	300.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	SpaceLabs	Edan	no aplica	USA/China	Electrocardiografo	108.000.000	1.296.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	ZONCARE	WUHAN ZONCARE BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD	I MAC 120	CHINA	ELECTROCARDIOGRAFO	26.037.370	312.448.440
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD	BENEHEART R12	CHINA	ELECTROCARDIOGRAFO	26.037.000	312.444.000

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	42272504-007	MÁQUINA DE ANESTESIA					24

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	General Electric/ Datex Omeda	General Electric/Datex Omeda	Avance CS2/B650	USA	Maquina de Anestesia	709.112.909	17.018.709.816
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	DRAGER	DRAGER	PRIMUS	ALEMANIA	MÁQUINA DE ANESTESIA	655.574.338	15.733.784.112
V & V S.A. - 80038216-1	HERSILL	HERSILL S.L.	GENESIS + F8	ESPAÑA	MAQUINA DE ANESTESIA	655.574.000	15.733.776.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON/PHILIPS	PENLON LTD/ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	PRIMA 465/MX500	INGLATERRA/ ALEMANIA	MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR	500.000.000	12.000.000.000

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	42181904-002	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO					81

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOTEC SA - 80021897-3	Sinohero	Sinohero	iS15 Pro	China	Monitor Multiparamétrico	95.000.000	7.695.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Nihon Kodan	Nihon Kohden	BSM-3763	Japon	Monitor Multiparametrico	56.407.529	4.569.009.849
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	Edan Instruments, Inc.	Elite V6	China	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	66.000.000	5.346.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	BLT	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd.	Q7	China	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	98.770.000	8.000.370.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Spacelabs	Spacelabs	no aplica	USA	Monitor multiparametrico	277.800.000	22.501.800.000
V & V S.A. - 80038216-1	AEONMED	BEIJING AEONMED CO., LTD	F8	CHINA	MONITOR MULTIPARAMETRICO	99.600.000	8.067.600.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	MX550	ALEMANIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO	85.000.000	6.885.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD	BENEVISION N15	CHINA	MONITOR MULTIPARAMETRICO	99.600.000	8.067.600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	42181904-002	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA NEUROCIRUGÍA	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	BLT	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd.	Q7	CHINA	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA NEUROCIRUGÍA	171.750.000	343.500.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Spacelabs	Spacelabs	no aplica	USA	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA NEUROCIRUGÍA	670.529.600	1.341.059.200
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	MX550	ALEMANIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO P/ NEUROCIRUGIA	215.000.000	430.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD	BENEVISION N15	CHINA	MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA NEURO	173.200.000	346.400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	42272205-002	VENTILADOR DE TRASLADO	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	DRAGER	DRAGER	OXYLOG 3000 PLUS	ALEMANIA	VENTILADOR DE TRASLADO	177.840.000	711.360.000
V & V S.A. - 80038216-1	LEISTUNG	LEISTUNG INGENIERIA S.R.L.	PR4-G	ARGENTINA	VENTILADOR DE TRASLADO	177.840.000	711.360.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	Magnamed	Magnamed Tecnologia Médica S.A.	Oxymag	BRASIL	VENTILADOR DE TRASLADO	148.200.000	592.800.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	42272207-001	VENTILADOR PULMONAR	31

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	General Electric	General Electric	Carescape R860	USA	Ventilador Pulmonar	248.130.000	7.692.030.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE/ MAQUET	GETINGE/ MAQUET	SERVO AIR	SUECIA		191.163.333	5.926.063.323
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	DRAGER	DRAGER	SAVINA 300 SELECT	ALEMANIA	VENTILADOR PULMONAR	229.396.000	7.111.276.000
V & V S.A. - 80038216-1	LEISTUNG	LEISTUNG INGENIERIA S.R.L.	LUFT3	ARGENTINA	VENTILADOR PULMONAR	229.396.000	7.111.276.000
IMESE S.A. - 80016426-1	EVENT MEDICAL	EVENT MEDICAL LTD	INSPIRATION 7I	USA	VENTILADOR PULMONAR	200.000.000	6.200.000.000

MAKRI S.A. - 80029237-5	Magnamed	Magnamed Tecnología Médica S.A.	Fleximag Plus	BRASIL	VENTILADOR PULMONAR	191.163.333	5.926.063.323
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	CAREFUSION	VYAIRE	AVEA	U.S.A.	VENTILADOR PULMONAR	200.000.000	6.200.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	41111808-002	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL DIGITAL					3

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DEZETA S.A. - 80019208-7	Agfa	Agfa NV	DXD100	Bélgica	Equipo de rayos X movil Digital	1.020.000.000	3.060.000.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	Mobilet Elara	ALEMANA	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL DIGITAL	782.000.000	2.346.000.000
ASUNCION COMUNICACIONES S.A. - 80012224-0	Italray	Italray S.R.L.	XFM	Italia	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL DIGITAL	765.000.000	2.295.000.000
Consorcio Sumi - 80109965-0	Shimadzu	Shimadzu	MOBILEDART EVOLUTION MX8	Japon	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL DIGITAL	857.973.000	2.573.919.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	Allengers	Allengers Medical Systems Ltda.	MARS 30 MobilXDR	INDIA	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL DIGITAL	1.052.611.800	3.157.835.400
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VILLA SISTEMI MEDICALI	VILLA SISTEMI MEDICALI SPA	VISITOR T30 M-DR	ITALIA	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL DIGITAL	800.000.000	2.400.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	CARESTREAM	CARESTREAM	DRX REVOLUTION CORE	ESTADOS UNIDOS	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL DIGITAL	1.263.134.160	3.789.402.480

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	42272504-007	MÁQUINA DE ANESTESIA PARA RESONANCIA MAGNÉTICA					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	General Electric	General Electric	Aestiva Mri	USA	Maquina de Anestesia para Resonancia	815.304.325	815.304.325
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	DRAGER	DRAGER	FABIUS MRI	ALEMANIA	MÁQUINA DE ANESTESIA PARA RESONANCIA MAGNÉTICA	753.748.220	753.748.220
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON	PENLON LTD	PRIMA 451 MR	INGLATERRA	MAQ. DE ANESTESIA PARA RESONANCIA	500.000.000	500.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	47101512-002	AGITADOR DE PLACAS					4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Jeio Tech	Jeio Tech	OS2000	Korea	AGITADOR DE PLACAS	24.000.000	96.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	47101512-002	AGITADOR DE PLAQUETAS CON CÁMARA					2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	PRESVAC	PRESVAC	AP-96L	Argentina	AGITADOR DE PLAQUETAS CON CÁMARA	162.000.000	324.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	LMB Technologie GmbH	LMB Technologie GmbH	no aplica	Alemania	AGITADOR DE PLAQUETAS CON CÁMARA	222.100.000	444.200.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
14	41103812-002	AGITADOR DE TUBOS PARA LABORATORIO					11

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Auxilab	Auxilab	no aplica	España	AGITADOR DE TUBOS PARA LABORATORIO	10.000.000	110.000.000

DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Benchmark Scientific	Benchmark Scientific	BV1005-E	EE.UU	AGITADOR DE TUBOS PARA LABORATORIO	7.200.000	79.200.000
---	----------------------	----------------------	----------	-------	------------------------------------	-----------	------------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	42251605-002	ANDADOR					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	CARCI	CARCI - IND. COM. DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.	Adulto	Brasil	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	500.000	1.500.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	42294801-001	TORRE DE ARTROSCOPIA					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG	No Aplica	Alemania	Torre de Artroscopia	1.900.000.000	3.800.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
17	42295123-002	ASPIRADOR QUIRURGICO PORTATIL					32
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOTEC SA - 80021897-3	FAZZINI	FAZZINI	F-100/F4	Italia	Aspirador Quirúrgico	17.561.640	561.972.480
ARGON S.R.L. - 80004373-1	GEMMY	Gemmy Industrial Corp.	SU-305	Taiwán	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	14.630.000	468.160.000
V & V S.A. - 80038216-1	ARI	ARI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	YX980D	CHINA	ASPIRADOR QUIRURGICO PORTATIL	17.561.640	561.972.480
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	CA-MI	CA-MI srl	HOSPIVAC 350 FS5	ITALIA	ASPIRADOR QUIRURGICO PORTATIL	17.561.000	561.952.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
18	42295108-001	MESA PARA COLOPROCTOLOGÍA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
19	42281508-001	AUTOCLAVE DE LABORATORIO					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	PHOENIX LUFERCO	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA.	AVP-75	BRASIL	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	100.000.000	400.000.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Jeio Tech	Jeio Tech	AAHL1035K	Korea	AUTOCLAVE DE LABORATORIO	78.000.000	312.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
20	41111502-001	BALANZA ANALÍTICA PARA LABORATORIO					8
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Adam Equipment	Adam Equipment	NBL 1602i	EE.UU	BALANZA ANALÍTICA PARA LABORATORIO	12.600.000	100.800.000
---	----------------	----------------	-----------	-------	------------------------------------	------------	-------------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
21	41111508-001	BALANZA CON ALTIMETRO DIGITAL					15
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	SECA	SECA GMBH & CO. KG.	284	Alemania	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	15.000.000	225.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	CHARDER	CHARDER ELECTRONIC CO., LTD	MS4910	TAIWAN	BALANZA CON ALTIMETRO DIGITAL	12.640.200	189.603.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Adam Equipment	Adam Equipment	MUW 300L	EE.UU	BALANZA CON ALTIMETRO DIGITAL	12.636.000	189.540.000
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	Seca	Seca gmbh & co. ko.	284	Alemania	balanza con tallimetro digital	10.533.000	157.995.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
22	41111502-001	BALANZA PRESICIÓN PARA LABORATORIO					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Aczet	Aczet	CY 6102C	India	BALANZA PRESICIÓN PARA LABORATORIO	24.600.000	49.200.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
23	41102426-004	BAÑO MARÍA					7
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Auxilab	Auxilab	no aplica	España	Baño maria para laboratorio	15.000.000	105.000.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Benchmark Scientific	Benchmark Scientific	B2000-12-E	EE.UU	BAÑO MARÍA	12.800.000	89.600.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
24	49171501-002	BARRAS PARALELAS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	Estandar 3 metros	Paraguay	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	15.000.000	15.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
25	42211803-001	BASTONES					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	CARCI	CARCI - IND. COM. DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.	Adulto	Brasil	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	200.000	600.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
26	49201503-001	BICICLETA ESTÁTICA					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
27	42251805-001	BIPEDESTADOR					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	R82	R82 A/S	Gazelle	Dinamarca	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	80.000.000	160.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
28	41104018-001	CABINA DE BIOSEGURIDAD					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Nuaire/ Acinterlab	Nuaire/ Acinterlab	NU-543-400E	EE.UU	CABINA DE BIOSEGURIDAD	215.000.000	430.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
29	41102404-002	CALENTADOR ELÉCTRICO PARA LABORATORIO					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Jeio Tech	Jeio Tech	T-18QG	Korea	CALENTADOR ELÉCTRICO PARA LABORATORIO	16.560.000	33.120.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
30	42191807-002	CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA					378
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Saikang	Saikang	SK015-3	China	Cama de Internacion Articulada	14.516.351	5.487.180.678
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	JING DONG	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY (LAOTING) CO.,LTD	JDCSO	CHINA	CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA	12.542.050	4.740.894.900
V & V S.A. - 80038216-1	XHYL	TIANJIN XUHUA MEDICAL EQUIPMENT FACTORY	XHS40B	CHINA	CAMA DE INTERNACION ARTICULADA	11.577.200	4.376.181.600
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DOMETAL MUBI	DOMETAL MUBI	GALAXIA	COLOMBIA	CAMA DE INTERNACION ARTICULADA	21.000.000	7.938.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
31	42191807-001	CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA					91
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Saikang	Saikang	SK001-10	China	Cama de Internacion Electrica	24.066.428	2.190.044.948
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	MESPA	MESPA S A LIK MALZEMELER SAN. VE T C.A.	NG 5010 MODIFY	TURQUIA	CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA	41.332.777	3.761.282.707
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	LOS PINOS	INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.	ORION 860 - 252	COLOMBIA	CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRIC	37.835.000	3.442.985.000
IMESE S.A. - 80016426-1	HILL ROM	HILL ROM INC	HILL ROM 900	FRANCIA	CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA	55.000.000	5.005.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DOMETAL MUBI	DOMETAL MUBI	LYNIX	COLOMBIA	CAMA DE INTERNACION ELECTRICA	46.000.000	4.186.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	LINET	LINET spol	ELEGANZA 2	REPUBLICA CHECA	CAMA DE INTERNACION ELECTRICA	38.153.333	3.471.953.303

DATOS DEL ÍTEM							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
32	42191807-001	CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA CON BALANZA					31
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Saikang	Saikang	SK001-10S	China	Cama de Internacion Electrica con Balanza	32.389.158	1.004.063.898
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	MESPA	MESPA SA LIK MALZEMELEER SAN. VE T C.A.	NG 5000	TURQUIA	CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA CON BALANZA	84.185.833	2.609.760.823
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	LOS PINOS	INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.	GEMINI 1060 -252	COLOMBIA	CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA CON BALANZA	77.062.000	2.388.922.000
IMESE S.A. - 80016426-1	HILL ROM	HILL ROM INC	HILL ROM 900 ACCELLA	FRANCIA	CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA CON BALANZA	85.000.000	2.635.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DOMETAL MUBI	DOMETAL MUBI	LYNIX	COLOMBIA	CAMA DE INTERNACION ELECTRICA C/BALANZA	60.000.000	1.860.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	LINET	LINET spol	ELEGANZA 3XC	REPUBLICA CHECA	CAMA DE INTERNACION CON BALANZA	77.710.000	2.409.010.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
33	42191807-001	CAMA ORTOPÉDICA ELÉCTRICA TIPO BALCÁNICA					60
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	ARJO	ARJO	ENTERPRISE 9000X	POLONIA		126.750.000	7.605.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	XHYL	TIANJIN XUHUA MEDICAL EQUIPMENT FACTORY	XHD-2A	CHINA	CAMA ORTOPÉDICA ELÉCTRICA TIPO BALCÁNICA	152.100.000	9.126.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DOMETAL MUBI	DOMETAL MUBI	LYNIX	COLOMBIA	CAMA ORTOPEIDICA BALCANICA	120.000.000	7.200.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	LINET	LINET spol	ELEGANZA 3XC	REPUBLICA CHECA	CAMA ORTOPEIDICA ELECTRICA TIPO BALCANICA	152.100.000	9.126.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
34	42192207-005	CAMILLA DE INSPECCIÓN					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	CI-01	Paraguay	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	4.000.000	16.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	XHYL	TIANJIN XUHUA MEDICAL EQUIPMENT FACTORY	XHJ3	CHINA	CAMILLA DE INSPECCIÓN	3.056.800	12.227.200

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
35	42192207-9999	CAMILLA DE TRASLADO					45
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	PUKANG SMALL NURSE	HEBEI PUKANG MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD.	E 8	CHINA	CAMILLA DE TRASLADO	24.159.000	1.087.155.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co.,Ltd.	BIPT005H	CHINA	CAMILLA DE TRASLADO	26.393.140	1.187.691.300
V & V S.A. - 80038216-1	XHYL	TIANJIN XUHUA MEDICAL EQUIPMENT FACTORY	XHP10C	CHINA	CAMILLA DE TRASLADO	24.362.800	1.096.326.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	BiHealthcare	Zhangjiagang Braun Industry Co. Ltd.	BIPT005H	China	CAMILLA DE TRASLADO	25.000.000	1.125.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DOMETAL MUBI	DOMETAL MUBI	HYDRUX	COLOMBIA	CAMILLA DE TRASLADO HIDRAULICA	30.000.000	1.350.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	LINET	LINET spol	SPRINT 100	REPUBLICA CHECA	CAMILLA DE TRASLADO	24.362.000	1.096.290.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
36	42171611-001	CAMILLA DE TRASLADO MORGUE					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
37	42192207-005	CAMILLA FIJA DE INSPECCION					100
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	MediMueble	MediMueble	Camilla de Inspeccion	Nacional	Camilla de Inspeccion	1.336.907	133.690.700
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	MESPA	MESPA SA LIK MALZEMELEER SAN. VE T C.A.	MS 1630	TURQUIA	CAMILLA FIJA DE INSPECCION	3.385.818	338.581.800
V & V S.A. - 80038216-1	XHYL	TIANJIN XUHUA MEDICAL EQUIPMENT FACTORY	XHJ10E	CHINA	CAMILLA FIJA DE INSPECCIÓN	3.125.370	312.537.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
38	42182901-001	CAMILLA DE INSPECCION GINECOLÓGICA					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	MediMueble	MediMueble	Camilla Ginecologica	Nacional	Camilla de Inspeccion Ginecologica	1.558.074	4.674.222
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	CG-01	Paraguay	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	5.200.000	15.600.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
39	42251805-9999	CAMILLA ORTOSTÁTICA					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	CARCI	CARCI - IND. COM. DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.	Ortostática	Brasil	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	19.000.000	57.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co.,Ltd.	BIH007ED	CHINA	CAMILLA ORTOSTÁTICA	24.882.000	74.646.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
40	42171611-001	CAMILLA PARA LAVADO DE PACIENTE					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
41	42192207-005	CAMILLA TIPO BOBATH					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	Bobath	Paraguay	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	9.200.000	36.800.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co.,Ltd.	BIDE004M	CHINA	CAMILLA TIPO BOBAT	12.241.558	48.966.232

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
42	41103502-002	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Nuaire/ Acinterlab	Nuaire/ Acinterlab	NU-164-524	EE.UU	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES	245.000.000	1.225.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
43	41103502-001	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Nuaire/ Acinterlab	Nuaire/ Acinterlab	NU-240-430	EE.UU	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	228.000.000	912.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
44	42192404-001	CARRO DE CURACIÓN					117
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	MediMueble	MediMueble	Carro de Curacion	Nacional	Carro de Curacion	7.169.781	838.864.377
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co.,Ltd.	BIOS002A	CHINA	CARRO DE CURACIÓN	6.429.800	752.286.600
V & V S.A. - 80038216-1	XHYL	TIANJIN XUHUA MEDICAL EQUIPMENT FACTORY	XHZ-2	CHINA	CARRO DE CURACION	5.935.200	694.418.400

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
45	41102921-001	CENTRO DE INCLUSIÓN DE PARAFINA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Leica	Leica	no aplica	Alemania	Centro de inclusion de parafina	318.000.000	318.000.000
IN SITU S.A. - 80027373-7	SAKURA	SAKURA FINETEK	Tec 6	Japón	Centro de inclusión de parafina	124.700.000	124.700.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
46	49201603-001	CINTA CAMINADORA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
47	41103901-9999	CITOCENTRÍFUGA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IN SITU S.A. - 80027373-7	SAKURA	SAKURA FINETEK	Cyto Tek 2500	Japón	Citocentrifuga	79.000.000	79.000.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Benchmark Scientific	Benchmark Scientific	Z167-ME	EE.UU	CITOCENTRÍFUGA	59.640.000	59.640.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Labolan	Labolan	no aplica	España	Citocentifuga 8 posiciones	240.688.000	240.688.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
-	-	-					-

48	41103003-001	CRIOSTATO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Leica	Leica	no aplica	Alemania	Criostato automatico	615.000.000	615.000.000
IN SITU S.A. - 80027373-7	SAKURA	SAKURA FINETEK	Cryo3	EEUU	Criostato	297.000.000	297.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
49	42172101-001	DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO					16
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Nihon Kohden	Nihon Kohden	TEC-5631	Japon	Desfibrilador con Carro de Paro	52.540.740	840.651.840
ARGON S.R.L. - 80004373-1	CU Medical	CU MEDICAL SYSTEMS, INC	CU-HD1	Corea	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	100.000.000	1.600.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	US DEFIB	US DEFIB MEDICAL TECHNOLOGII LLC	CARDIOSTART	EEUU	DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO	57.480.000	919.680.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	EFFICIA DFM100	ALEMANIA	DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO	85.000.000	1.360.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD	BENEHEART D3	CHINA	DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO	57.480.000	919.680.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
50	42141805-003	ELECTROESTIMULADOR CON CORRIENTE TENS					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
51	42294801-018	ENDOSCOPIO RÍGIDO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG	No Aplica	Alemania	Endoscopio rígido	1.482.355.000	1.482.355.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
52	42182005-9999	EQUIPO DE DIAGNÓSTICO DE PARED					24
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	HEINE	HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG	"en 200 gama g5 gama 3,2 oftalmoscopio k180 otoscopio k 180"	Alemania	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	15.000.000	360.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	HONSUN	WENZHO HONSUN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	HS-S100	CHINA	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED	8.680.470	208.331.280

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
53	42251623-005	EQUIPO DE MAGNETOTERAPÍA					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	MEDITEA	MEDITEA Electromedica S.R.L.	Magnetherp 440	Argentina	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	29.000.000	174.000.000

DATOS DEL ITEM							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
54	42143801-9999	EQUIPO DE URODINAMIA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
55	42141805-003	EQUIPO NEUROESTIMULADOR TRASCUTÁNEO NEUROMUSCULAR (PORTÁTIL)					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
56	41102909-001	EQUIPO PROCESADOR DE TEJIDOS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Leica	Leica	no aplica	Alemania	EQUIPO PROCESADOR DE TEJIDOS	1.220.000.000	1.220.000.000
IN SITU S.A. - 80027373-7	SAKURA	SAKURA FINETEK	VP1	Japón	Procesador de Tejidos	320.000.000	320.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
57	42291613-003	EQUIPO SELLADOR DE VASOS					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	KLS Martin	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	Maxium	Alemania	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	250.000.000	1.000.000.000
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Covidien	Covidien	LS10	USA	EQUIPO SELLADOR DE VASOS	500.000.000	2.000.000.000
SALUMAX S.A. - 80018828-4	ERBE	Erbe Elektromedizin GmbH	VIO 300 D	ALEMANIA	EQUIPO SELLADOR DE VASOS	600.000.000	2.400.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	EMED	EMED	ATOM	POLONIA	EQUIPO SELLADOR DE VASOS	625.000.000	2.500.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
58	42251703-9999	ESCALERA DE ENTRENAMIENTO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	Escalera de entrenamiento	Paraguay	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	7.000.000	7.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
59	42251703-003	ESCALERAS DE DEDOS					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	Escalera de dedos	Paraguay	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	745.000	1.490.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
60	42251613-001	ESPALDAR CON TECHO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	Espaldar	Paraguay	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	3.935.000	3.935.000

DATOS DEL ITEM							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
61	41104506-001	ESTUFA DE CULTIVO					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Auxilab	Auxilab	no aplica	España	ESTUFA DE CULTIVO	47.000.000	188.000.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Benchmark Scientific	Benchmark Scientific	H2505-130E	EE.UU	ESTUFA DE CULTIVO	48.000.000	192.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	GEMMY	Gemmy Industrial Corp.	110 litros	Taiwán	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	75.000.000	300.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
62	41104506-002	ESTUFA DE ESTERILIZACION					7
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	GEMMY	Gemmy Industrial Corp.	YCO-010 de 57 litros	Taiwán	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	19.900.000	139.300.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Auxilab	Auxilab	no aplica	España	Estufa para esterilización	25.000.000	175.000.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Jeio Tech	Jeio Tech	ON-01E	Korea	ESTUFA DE ESTERILIZACION	12.215.000	85.505.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
63	42295009-001	FRONTOLUZ					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	HEINE	HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG	M4 Led	Alemania	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	16.360.000	65.440.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG	KS70	Alemania	Frontoluz	17.222.650	68.890.600

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
64	42203502-004	GENERADOR DE MARCAPASOS EXTERNO					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Medtronic	Medtronic	53401	USA - Malaysia	GENERADOR DE MARCAPASOS EXTERNO	30.800.000	123.200.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
65	42251623-9998	HIDROCOLLATOR					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	CARCI	CARCI - IND. COM. DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.	3030	Brasil	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	18.700.000	37.400.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
66	39101602-003	LÁMPARA SCIALÍTICA PORTÁTIL					12
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	PANALEX	SHANGAI PAX MEDICAL INSTRUMENT CO LTD	PANALEX SERIES	CHINA - USA	Lámpara Scialítica Portátil	79.531.250	954.375.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	KLS Martin	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	marLED E9i battery	Alemania	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	99.000.000	1.188.000.000

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE/ MAQUET	GETINGE/ MAQUET	LUCEA 100	FRANCIA		63.625.000	763.500.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	DRAGER	DRAGER	POLARIS 200	ALEMANIA	LÁMPARA SCIALÍTICA PORTÁTIL	76.350.000	916.200.000
V & V S.A - 80038216-1	ARI	ARI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	AML700E LED	CHINA	LAMPARA SCIALITICA PORTATIL	76.350.000	916.200.000
EDISON S.R.L. - 80093090-8	INPROMED	INPROMED	AUXILIARY INP 4F MASTER	BRASIL	Lampara scialitica Portatil	64.167.000	770.004.000
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	HFMED	SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	500E LED	CHINA	LAMPARA SCIALITICA PORTATIL	63.500.000	762.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD	HyLED 600 M	CHINA	LAMPARA SCIALITICA PORTATIL	76.350.000	916.200.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
67	39101602-001	LÁMPARA SCIALÍTICA DE TECHO					22
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	KLS Martin	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	marLED E9i battery / E9i battery	Alemania	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	200.000.000	4.400.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE/ MAQUET	GETINGE/ MAQUET	VOLISTA	FRANCIA		136.666.667	3.006.666.674
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	DRAGER	DRAGER	POLARIS 600/600	ALEMANIA	LÁMPARA SCIALÍTICA DE TECHO	164.000.000	3.608.000.000
V & V S.A - 80038216-1	ARI	ARI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	AML700/500 LED	CHINA	LAMPARA SCIALITICA DE TECHO	164.000.000	3.608.000.000
EDISON S.R.L. - 80093090-8	INPROMED	INPROMED	DOBLO DOME INP 5X3 F-MASTER	BRASIL	Lampara Scialitica de Techo	137.272.545	3.019.995.990
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	HFMED	SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	700/500 LED	CHINA	LAMPARA SCIALITICA DE TECHO	137.000.000	3.014.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	STERIS	STERIS Corporation	XLED	FRANCIA	LAMPARA SCIALITICA DE TECHO	164.000.000	3.608.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
68	42182601-001	LÁMPARA CUELLO DE CISNE					20
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	LI - 01	Paraguay	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	1.100.000	22.000.000
V & V S.A - 80038216-1	ARI	ARI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	YD01A	CHINA	LAMPARA CUELLO DE CISNE	1.320.000	26.400.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
69	42251623-002	LÁMPARA INFRARROJA					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	CARCI	CARCI - IND. COM. DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.	3014	Brasil	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	8.000.000	48.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
70	42272001-002	LARINGOSCOPIO ADULTO					22
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	HEINE	HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG	Adulto	Alemania	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	15.000.000	330.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	MEDIUNION	ZHEJIANG MEDIUNION HEALTHCARE CO., LTD	MU-MFS Series	CHINA	LARINGOSCOPIO ADULTO	13.292.700	292.439.400
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIR	VYAIR	GREELINE	U.S.A.	LARINGOSCOPIO ADULTO	12.000.000	264.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	42272001-001	LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO	10

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	HEINE	HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG	Pediatrico	Alemania	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	14.000.000	140.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	MEDIUNION	ZHEJIANG MEDIUNION HEALTHCARE CO., LTD	MU-MIFS Series	CHINA	LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO	11.296.700	112.967.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VYAIR	VYAIR	GREELINE	U.S.A.	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	10.000.000	100.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	41103907-001	MACROCENTRIFUGA	11

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	Benchmark Scientific	Benchmark Scientific	Z306-E	EE.UU	MACROCENTRIFUGA	38.400.000	422.400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	42192001-001	MESA DE AUTOPSIA / MESA PARA PROCEDIMIENTOS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	42295112-002	MESA DE MAYO	66

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	MediMueble	MediMueble	Mesa Mayo	Nacional	Mesa tipo Mayo	2.376.723	156.863.718
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co.,Ltd.	BIOS005A	CHINA	MESA DE MAYO	2.619.500	172.887.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	42295108-001	MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA	5

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	TECHARTMED	NINGBO TECHART MEDICAL EQUIPMENT CO LTD	ET500	CHINA-USA	MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA	921.324.445	4.606.622.225
INFOTEC SA - 80021897-3	FAMED	FAMED	HYPERION	POLONIA	MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA	884.471.467	4.422.357.335
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TECHNOLOGY CORP.	TRIMAX 650NS	TAIWAN	MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA	877.100.000	4.385.500.000

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE/ MAQUET	GETINGE/ MAQUET	MEERA	ALEMANIA		737.059.556	3.685.297.780
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	SCHMITZ	SCHMITZ	DIAMOND 60	ALEMANIA	MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA	884.471.467	4.422.357.335
MAKRI S.A. - 80029237-5	Novamec	Mecsul Industria e Comercio Imp. E Exp. De Equipamientos Hospitalarios Ltda.	MEC/S 140-L BR	BRASIL	MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA	737.059.556	3.685.297.780
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	famed	Famed ywiec Sp. z o.o.	SU-05	Polonia		559.000.000	2.795.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	STERIS	STERIS Corporation	CMAX 3	FRANCIA		884.471.000	4.422.355.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
76	42295108-001	MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE DE CRÁNEO				3	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	TECHARTMED	NINGBO TECHART MEDICAL EQUIPMENT CO LTD	ET500	CHINA-USA	MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE DE CRÁNEO	889.398.611	2.668.195.833
INFOTEC SA - 80021897-3	FAMED	FAMED	HYPERION	POLONIA	MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE DE CRÁNEO	853.822.666	2.561.467.998
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TECHNOLOGY CORP.	TRIMAX 650NS	TAIWAN	MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA	846.700.000	2.540.100.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE/ MAQUET	GETINGE/ MAQUET	MEERA	ALEMANIA		711.518.889	2.134.556.667
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	SCHMITZ	SCHMITZ	DIAMOND 60	ALEMANIA	MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE DE CRÁNEO	853.822.667	2.561.468.001
MAKRI S.A. - 80029237-5	Novamec	Mecsul Industria e Comercio Imp. E Exp. De Equipamientos Hospitalarios Ltda.	MEC/S 140-L BR	BRASIL	MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE DE CRÁNEO	711.518.889	2.134.556.667
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	famed	Famed ywiec Sp. z o.o.	SU-05	Polonia		535.000.000	1.605.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	STERIS	STERIS Corporation	CMAX 3	FRANCIA		853.822.667	2.561.468.001

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
77	42295108-001	MESA QUIRÚRGICA				8	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	MEDIFA	medifa GmbH & Co. KG	Medifa 7000	ALEMANIA	MESA QUIRÚRGICA	457.166.667	3.657.333.336
INFOTEC SA - 80021897-3	FAMED	FAMED	HYPERION	POLONIA	MESA QUIRÚRGICA	422.000.000	3.376.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TECHNOLOGY CORP.	TRIMAX 650NS	TAIWAN	MESA QUIRÚRGICA	418.483.000	3.347.864.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	SCHMITZ	SCHMITZ	DIAMOND 60	ALEMANIA	MESA QUIRÚRGICA	422.000.000	3.376.000.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	Novamec	Mecsul Industria e Comercio Imp. E Exp. De Equipamientos Hospitalarios Ltda.	MEC/S 140-L BR	BRASIL	MESA QUIRÚRGICA	351.666.667	2.813.333.336
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	STERIS	STERIS Corporation	CMAX 3	FRANCIA		422.000.000	3.376.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
78	42295108-001	MESA QUIRÚRGICA RADIOLÚCIDA				6	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	MEDIFA	medifa GmbH & Co. KG	Medifa 7000	ALEMANIA	MESA QUIRÚRGICA RADIOLÚCIDA	816.641.223	4.899.847.338
INFOTEC SA - 80021897-3	FAMED	FAMED	HYPERION	POLONIA	MESA QUIRÚRGICA RADIOLÚCIDA	753.822.667	4.522.936.002
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TECHNOLOGY CORP	TRIMAX 650NS	TAIWAN	MESA QUIRÚRGICA RADIOLÚCIDA	747.540.000	4.485.240.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	BARRFAB	Barrfab Ind. Com. Imp. Exp. de Equipos Hosp. Ltda.	BF 683	Brasil	Mesa quirúrgica Radiolúcida	600.000.000	3.600.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	SCHMITZ	SCHMITZ	DIAMOND 60	ALEMANIA	MESA QUIRÚRGICA RADIOLÚCIDA	753.822.667	4.522.936.002
ARGON S.R.L. - 80004373-1	FAMED	Famed ywiec Sp. z o.o.	HYPERION	Polonia	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	620.000.000	3.720.000.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	Novamec	Mecsul Industria e Comercio Imp. E Exp. De Equipamientos Hospitalarios Ltda.	MEC/S 140-L BR	BRASIL	MESA QUIRÚRGICA RADIOLÚCIDA	628.185.556	3.769.113.336
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	famed	Famed ywiec Sp. z o.o.	SU-05	Polonia		556.000.000	3.336.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	STERIS	STERIS Corporation	CMAX 3	FRANCIA		753.822.667	4.522.936.002

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
79	41111709-001	MICROSCOPIO BINOCULAR					13
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	VELAB	VELAB	VE-T300	EE.UU	MICROSCOPIO BINOCULAR	21.180.000	275.340.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Latin America, INC	CX23	JAPON	MICROSCOPIO BINOCULAR	21.000.000	273.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
80	42295121-001	MICROSCOPIO QUIRÚRGICO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	ZEISS	CARL ZEISS MEDITEC AG.	PENTERO 800	ALEMANIA	Microscopio quirúrgico multipropósito	2.600.000.000	2.600.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Haag Streit	HAAG-STREIT SURGICAL GmbH	Hi-RNEO 900A	Alemania	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	2.380.000.000	2.380.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
81	41102916-001	MICRÓTOMO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Leica	Leica	no aplica	Alemana	Microtomo de rotacion	288.998.400	288.998.400
IN SITU S.A. - 80027373-7	SAKURA	SAKURA FINETEK	SRM200	China	Microtomo	95.000.000	95.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
82	49171504-001	MINTRAMPOLIN					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	CARCI	CARCI - IND. COM. DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.	CE.0100	Brasil	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	1.780.000	1.780.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
83	42142708-9999	NEFROSCOPIO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG	No Aplica	Alemania	Nefroscopio	60.300.000	60.300.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
84	42201815-001	NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO					59
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Gima	Gima	44701	Italia	Negatoscopio de 01 Cuerpo	10.050.063	592.953.717
V & V S.A. - 80038216-1	AEGEA	JIANGSU AEGEAN TECHNOLOGY CO., LTD	ZG-ICS	CHINA	NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO	1.584.000	93.456.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
85	42192210-001	SILLA DE RUEDAS					60
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	INCO	INTCO	YK9031	China	Silla de ruedas	2.221.256	133.275.360
V & V S.A. - 80038216-1	FOSHAN	FOSHAN DONGFANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD	FS901	CHINA	SILLA DE RUEDAS	2.006.440	120.386.400
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	KYLIN	KYLIN	KL609	CHINA	SILLA DE RUEDAS	2.000.000	120.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
86	42182005-003	OFTALMOSCOPIO DIRECTO					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	HEINE	HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG	BETA 200 S	Alemania	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	10.000.000	20.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
87	42182005-001	OTOSCOPIO					7
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	HEINE	HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG	BETA 200 LED	Alemania	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	10.000.000	70.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
88	42251623-004	PARAFINERO					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	CARCI	CARCI - IND. COM. DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.	3020	Brasil	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	11.000.000	22.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad

89	41115603-003	PH-METRO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
90	41123403-003	PORTA SUEROS					792
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	MediMueble	MediMueble	Porta Suero	Nacional	Porta Suero	375.389	297.308.088
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	BIHEALTHCARE	Zhangjiagang Braun Industry Co.,Ltd.	BIHR002B	CHINA	PORTA SUEROS	410.583	325.181.736
V & V S.A. - 80038216-1	XHYL	TIANJIN XUHUA MEDICAL EQUIPMENT FACTORY	Q-33	CHINA	PORTA SUEROS	379.000	300.168.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
91	42251620-002	SET DE CUÑAS Y RODILLOS					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	CARCI	CARCI - IND. COM. DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.	No aplica	Brasil	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	3.015.000	18.090.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
92	42251610-001	SET DE PELOTAS TERAPÉUTICAS					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	CARCI	CARCI - IND. COM. DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.	No aplica	Brasil	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	3.180.000	9.540.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
93	42295202-010	SIERRA CORTA YESO CON ASPIRACIÓN					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
94	42192107-001	SILLA DE EXTRACCIÓN DE SANGRE					11
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Saikang	Saikang	SKE-100A	China	Sillon de Extraccion de Sangre	14.008.295	154.091.245
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	SE-01	Paraguay	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	2.000.000	22.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
95	42192210-001	SILLA DE RUEDAS ABATIBLE					12
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

V & V S.A - 80038216-1	FOSHAN	FOSHAN DONGFANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD	FS902GC	CHINA	SILLA DE RUEDAS ABATIBLE	3.229.400	38.752.800
------------------------	--------	--	---------	-------	--------------------------	-----------	------------

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
96	42192102-9999	SILLÓN RECLINABLE DE HIDRATACION					9
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
97	41112301-001	TERMOHIGROMETRO					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	ISOLAB	ISOLAB	060.03.001	ALEMANIA	TERMOHIGROMETRO	1.200.000	7.200.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
98	42182201-001	TERMOMETRO DIGITAL					22
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	ISOLAB	ISOLAB	060.02.001	ALEMANIA	TERMOMETRO DIGITAL	985.000	21.670.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
99	42251623-9998	TURBILLON					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
100	42251623-001	EQUIPO DE ULTRASONIDO					8
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
101	42291613-003	UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA					24
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOTEC SA - 80021897-3	FAZZINI	FAZZINI	DIATROM 400	ITALIA	ITALIA	113.090.000	2.714.160.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	KLS Martin	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	Maxium	Alemania	Se adjuntan Planilla de Especificaciones Técnicas, catálogo y/o manual de usuario	200.000.000	4.800.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	BOWA	BOWA-electronic GmbH & Co. KG	ARC 303	ALEMANIA	UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA	122.514.167	2.940.340.008
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	EMED	EMED	SPECTRUM	POLONIA		94.241.667	2.261.800.008
SALUMAX S.A. - 80018828-4	ERBE	Erbe Elektromedizin GmbH	VIO 300 D	ALEMANIA	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA	200.000.000	4.800.000.000
V & V S.A - 80038216-1	AHANVOS	BEIJING JINHEWEI TECHNOLOGY DEVELOPMEN CO., LTD	HV-300B	CHINA	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA	113.090.000	2.714.160.000

BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Latin America, INC	ESG-300	JAPON	UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA	170.000.000	4.080.000.000
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Covidien	Covidien	Valleylab FX8	USA	UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA	107.300.000	2.575.200.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	Ahanvos	Beijing Jinhegwei Technology Development Co. Ltda.	HV - 300 A	CHINA	UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA	94.241.667	2.261.800.008
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	EMED	EMED	ES350 ARGON	POLONIA	UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA	180.000.000	4.320.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
102	42142708-005	CISTOURETROSCOPIO FLEXIBLE					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG	No Aplica	Alemania	Cistouretróscopio flexible	141.000.000	141.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
103	42295417-002	EQUIPO DE RESECCIÓN TRANSURETRAL					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG	No Aplica	Alemania	Equipo de resección transuretral	865.000.000	865.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
104	42295202-005	SIERRA OSCILANTE QUIRÚRGICA					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CATERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Auxein	Auxein	Osteodrive	India	SIERRA OSCILANTE QUIRÚRGICA	90.000.000	900.000.000
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	BBRAUN / AESCULAP	AESCULAP AG	ACCULAN 3TI SIERRA OSCILANTE	ALEMANIA	N/A	173.915.500	1.739.155.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
105	42294944-003	TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG	No Aplica	Alemania	Torre de Videocolonoscopía	1.070.610.000	1.070.610.000
SALUMAX S.A. - 80018828-4	FUJIFILM / FUJINON	FUJIFILM CORPORATION	ELUXEO 7000 CON TUBOS SERIE 600	JAPON	TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA	1.200.000.000	1.200.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Latin America, INC	CV-170	JAPON	TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA	980.000.000	980.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
106	42294805-001	TORRE DE NEUROENDOSCOPIA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG	No Aplica	Torre de neuroendoscopia		900.000.000	900.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
107	42294805-001	TORRE DE VIDEO LAPAROSCOPIA					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG	No Aplica	Alemania	Torre de Videolaparoscopia	1.064.000.000	2.128.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
108	42294801-018	ENDOSCOPIO - MEDIATINOSCOPIO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG	No Aplica	Alemania	Endoscopio - Mediatinoscopio	230.000.000	230.000.000

Beneficio MyPIMES

66 - LÁMPARA SCIALÍTICA PORTÁTIL			
Oferente	Precio	Fecha	Hora
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	300.000.000	03-12-2019	13:14:03.846
67 - LÁMPARA SCIALÍTICA DE TECHO			
Oferente	Precio	Fecha	Hora
EDISON S.R.L. - 80093090-8	1.990.000.000	03-12-2019	13:34:38.595
79 - MICROSCOPIO BINOCULAR			
Oferente	Precio	Fecha	Hora
BIOERIX S.A. - 80051821-7	181.000.000	04-12-2019	10:07:37.793

Listado General de todas las Ofertas

1 - ARCO EN C				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.390.000.000	29-11-2019	08:26:51.870	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7fd132edbe673f4d9bdd53b160d98aa1	
MAKRI S.A. - 80029237-5	3.400.000.000	29-11-2019	08:26:35.461	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c29f15236c627a2bb389570241e44b7c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.470.000.000	29-11-2019	08:26:38.811	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ad93195c9e8c9e40a61cdbcdb1e3ebb	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	3.480.000.000	29-11-2019	08:26:29.924	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97ace7b30f53d93380b94e89e46dda0e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.490.000.000	29-11-2019	08:26:25.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a910bfd15b0d6360defd7f9e6cbe95c	
MAKRI S.A. - 80029237-5	3.500.000.000	29-11-2019	08:26:10.355	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ae305728937a36497af653002658ccd	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	3.500.000.000	29-11-2019	08:26:20.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15d7fccbd12eb6cf1dc2c9ee110474ca	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	3.550.000.000	29-11-2019	08:26:08.847	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95c6240e3d0204cb06818990302886bd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.590.000.000	29-11-2019	08:26:05.453	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31fa4e30912df19d45e1e9ad05bb69eb	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	3.600.000.000	29-11-2019	08:25:38.095	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	611df9f14edd7061f4345ce102a75d4b	
MAKRI S.A. - 80029237-5	3.600.000.000	29-11-2019	08:25:48.913	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1f204a98c987526df6bd72bf26dcf13	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.790.000.000	29-11-2019	08:25:29.187	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5329e32b1c680f772ac193dabbe53e6	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	3.800.000.000	29-11-2019	08:25:01.516	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edd70f09510ea9fb7082585049e73d21	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.990.000.000	29-11-2019	08:24:53.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67a9c11ce45aa86290d1e74ccf118fef	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	4.000.000.000	29-11-2019	08:23:59.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02a7120c397ed525d5bb4304ba4c6d23	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.099.000.000	29-11-2019	08:25:58.816	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	2e7209fc134cf46d1e97065401e11f77	
MAKRI S.A. - 80029237-5	4.100.000.000	29-11-2019	08:15:56.334	Recepción de Lances
		Código Verificador:	050aa413307a00beb9e51cf33e052e9c	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	4.152.000.000	29-11-2019	08:02:35.324	Propuesta
		Código Verificador:	5c163e39d27615b86868f3a7b456e15c	
MAKRI S.A. - 80029237-5	4.226.400.000	29-11-2019	08:02:35.329	Propuesta
		Código Verificador:	045063e5a878f1337312caf54d5949d8	
Consorcio Sumi - 80109965-0	4.304.000.000	29-11-2019	08:24:15.647	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	867deba81e95b3d3f98d94c4e2de3e3c	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.500.000.000	29-11-2019	08:25:35.191	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a611462e4b96cd6fc0fe5fbc8ae45857	
Consorcio Sumi - 80109965-0	4.726.080.000	29-11-2019	08:02:35.327	Propuesta
		Código Verificador:	4bf3de75d92ff6f8fc68190314b67828	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.800.000.000	29-11-2019	08:02:35.331	Propuesta
		Código Verificador:	0c7cc2142488ff73a2a8aec2d1587820	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	5.485.867.200	29-11-2019	08:02:35.333	Propuesta
		Código Verificador:	68ac303167b5c418da11ac40d4d4af7d	

2 - ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPÓSITO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.080.000.000	29-11-2019	08:54:14.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7a8289aea29f4a257e2ac908f6580c2	
IMESE S.A. - 80016426-1	1.081.000.000	29-11-2019	08:54:14.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	164f6b5488c470ddf0e4b16f71c7d8f6	
DEZETA S.A. - 80019208-7	1.082.000.000	29-11-2019	08:54:13.325	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbba37abfd7b9ba180c1b1e935a77e49	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.083.000.000	29-11-2019	08:54:09.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6321c4eb884a6f2b9a89eeb55b3de0ff	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.084.000.000	29-11-2019	08:54:00.843	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8622bcd04a611902dcd3f6d0cf32a07	
DEZETA S.A. - 80019208-7	1.084.000.000	29-11-2019	08:54:04.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ffa2d6c4bc8cf22c57263873126d677	
IMESE S.A. - 80016426-1	1.085.000.000	29-11-2019	08:53:51.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	414c99d462507699153826d58aa497a4	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.085.000.000	29-11-2019	08:53:55.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64e9d71adfe50e0b0ed6212810a5a694	
DEZETA S.A. - 80019208-7	1.086.000.000	29-11-2019	08:53:46.156	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01c46de8844718775898b51fbc1591b6	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.088.000.000	29-11-2019	08:53:41.200	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff51fb4e1510554fb208ad73e42caf70	
IMESE S.A. - 80016426-1	1.089.000.000	29-11-2019	08:53:29.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aed604b617a1bf8e6be10af795602db0	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.090.000.000	29-11-2019	08:53:28.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	379813f42798a1e5609567b8d550990e	
DEZETA S.A. - 80019208-7	1.091.000.000	29-11-2019	08:53:34.256	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f4871c882724c76616b55a075320cbc	
DEZETA S.A. - 80019208-7	1.093.000.000	29-11-2019	08:53:19.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10d885915f9398a0c9ff4ab73a242915	
IMESE S.A. - 80016426-1	1.095.000.000	29-11-2019	08:53:07.783	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	813202d73bc378210635c1e49d9158f8	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.099.000.000	29-11-2019	08:53:16.517	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58af43d819559d7246ed9ea6dceeeaf1	
DEZETA S.A. - 80019208-7	1.100.000.000	29-11-2019	08:53:04.721	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ac9974c874f333ce58f568070db19a9	

Listado General de todas las Ofertas

CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.101.000.000	29-11-2019	08:53:02.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3dadbe2c09048bef5ff9079566bcf883	
IMESE S.A. - 80016426-1	1.102.000.000	29-11-2019	08:52:54.679	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4499fed237e51a778ade9c64a721b41	
DEZETA S.A. - 80019208-7	1.103.000.000	29-11-2019	08:52:58.315	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e8d1c496bc23c9a64b98f96ffd33c49	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.104.000.000	29-11-2019	08:52:54.808	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	884ef1b5b9be05450e63a14965ccbc1c	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.105.000.000	29-11-2019	08:52:45.639	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4d128661ead2bd44ab54273eacd5e92	
DEZETA S.A. - 80019208-7	1.105.000.000	29-11-2019	08:52:50.870	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b37c3b4a4db7b94814b10e5419762e5e	
IMESE S.A. - 80016426-1	1.108.000.000	29-11-2019	08:52:46.722	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3524df63f82c04314f19d7a93fcb36f	
DEZETA S.A. - 80019208-7	1.110.000.000	29-11-2019	08:52:34.275	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	745cf922d51800fa6c580869fc811160	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.111.000.000	29-11-2019	08:52:37.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03a3a18086d4d806b3d4b0edeabbbb6a	
IMESE S.A. - 80016426-1	1.115.000.000	29-11-2019	08:52:25.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca35257fe16afe4e427ab1bb2891630e	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.119.000.000	29-11-2019	08:52:30.444	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	568f9ca7d5960f96f60adc463227f158	
DEZETA S.A. - 80019208-7	1.120.000.000	29-11-2019	08:52:15.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f58b2a3114fec7bf0844fc34e9569697	
IMESE S.A. - 80016426-1	1.130.000.000	29-11-2019	08:52:09.240	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa7e5ffce9efa94097465fe7eac5414	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.139.000.000	29-11-2019	08:52:20.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02e89092de287c25f7b71cee0f356684	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.140.000.000	29-11-2019	08:52:08.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61c275823a21f081dfc9e7122b82c3b3	
DEZETA S.A. - 80019208-7	1.145.000.000	29-11-2019	08:51:59.478	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7d4321eaa4972a331345170a86aae3d	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.145.000.000	29-11-2019	08:52:01.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6452ba67491943509e941b75b0aad401	
IMESE S.A. - 80016426-1	1.145.000.000	29-11-2019	08:52:03.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6bf151cdfef1ec97e4b580fdd5746eb	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.149.000.000	29-11-2019	08:51:51.226	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9cbae1494cc529df17e07ecd00fdf82	
IMESE S.A. - 80016426-1	1.150.000.000	29-11-2019	08:51:42.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b2504240c337f76114fd7cb4d73478f	
DEZETA S.A. - 80019208-7	1.185.000.000	29-11-2019	08:51:46.896	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b272ee58d7a5ba490f65b52d82e8e768	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.189.000.000	29-11-2019	08:51:38.961	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c65e1d11edc127fd358b7bebd0aa9045	
DEZETA S.A. - 80019208-7	1.197.000.000	29-11-2019	08:51:33.749	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbfbf2abd0cd8377e537fd815254fd33	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.200.000.000	29-11-2019	08:51:27.335	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f22dfd544f306d591ea9ad207d3f3d8	
IMESE S.A. - 80016426-1	1.219.000.000	29-11-2019	08:51:30.976	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c22f310608f1ab4f943fe3b3ced37ab8	
DEZETA S.A. - 80019208-7	1.220.000.000	29-11-2019	08:51:19.271	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0512b7e98ecff789885d05461010d6e	
IMESE S.A. - 80016426-1	1.230.000.000	29-11-2019	08:51:18.327	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	d72644a794d532c3dacfc72e08bd8046
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.230.000.000	29-11-2019	08:51:20.513
		Código Verificador:	f7266061e9e227ed6a96463454b2b253
DEZETA S.A - 80019208-7	1.235.000.000	29-11-2019	08:51:07.814
		Código Verificador:	8ee0e91b8f9d9356435c72a739400d5f
IMESE S.A. - 80016426-1	1.240.000.000	29-11-2019	08:50:58.535
		Código Verificador:	ba727df301f151fea2d6f9d771d068b7
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.249.000.000	29-11-2019	08:50:56.117
		Código Verificador:	be8c3064a106d7f074872a4c73706dbd
IMESE S.A. - 80016426-1	1.260.000.000	29-11-2019	08:02:35.602
		Código Verificador:	639ea1b7f5b7b986f50d75da5ed38bbe
DEZETA S.A - 80019208-7	1.275.000.000	29-11-2019	08:50:50.674
		Código Verificador:	a79c18b649cf6c2b2ac462f5b238cb52
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.280.000.000	29-11-2019	08:50:59.443
		Código Verificador:	1b1d76542dee04edb39bd77cd51185af
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.290.000.000	29-11-2019	08:50:40.811
		Código Verificador:	5394bf54f080028d6510207927f9d236
DEZETA S.A - 80019208-7	1.300.000.000	29-11-2019	08:50:34.293
		Código Verificador:	1b6db044d724bab423daf38edc50543
DEZETA S.A - 80019208-7	1.340.000.000	29-11-2019	08:50:24.936
		Código Verificador:	503fcea967f46603721065eb90507ec6
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.350.000.000	29-11-2019	08:50:26.938
		Código Verificador:	d8cf5ff314c62f2669244aa95a08f218
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.390.000.000	29-11-2019	08:50:31.495
		Código Verificador:	60f43bbd07e9828a30e98086f07e6adc
DEZETA S.A - 80019208-7	1.400.000.000	29-11-2019	08:50:13.221
		Código Verificador:	eac395f03a5937fc61c028fa0b5cef58
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.400.000.000	29-11-2019	08:50:17.881
		Código Verificador:	bc11248e6aa8c46d949a33832d3c559f
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.430.000.000	29-11-2019	08:50:06.185
		Código Verificador:	ae0ec76f2a619059fbcc125782690268
DEZETA S.A - 80019208-7	1.440.000.000	29-11-2019	08:50:06.960
		Código Verificador:	a8e033da869d6f46d8c449d143f806fd
DEZETA S.A - 80019208-7	1.480.000.000	29-11-2019	08:49:48.011
		Código Verificador:	6c94e8c6be4644f0447ea650f3a45ba2
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.480.000.000	29-11-2019	08:50:23.874
		Código Verificador:	39739ecb5673115bee9771b707d81e62
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.500.000.000	29-11-2019	08:49:53.746
		Código Verificador:	0e17e3a850fec3c754d50577b87cd421
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.530.000.000	29-11-2019	08:49:40.048
		Código Verificador:	74b95ff4ef2404189d2c01eaf84fc99c
DEZETA S.A - 80019208-7	1.540.000.000	29-11-2019	08:49:13.937
		Código Verificador:	b7b16da949a3a85394fee72fb7fb382e
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.580.000.000	29-11-2019	08:49:18.063
		Código Verificador:	8da9da2cb2ecd39100ff03c0b6621009
DEZETA S.A - 80019208-7	1.590.000.000	29-11-2019	08:48:42.248
		Código Verificador:	9954438f1c498f06486a342f9e493fa9
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.600.000.000	29-11-2019	08:48:49.525
		Código Verificador:	cefe4c518b9b826c93d95b72e5e8fc3f
DEZETA S.A - 80019208-7	1.650.000.000	29-11-2019	08:02:35.598
		Código Verificador:	224257250267dfd8273fcb278d5ec721
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.800.000.000	29-11-2019	08:02:35.601
		Código Verificador:	bac31798d3e2a012dadedd2c83b1f767b
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.000.000.000	29-11-2019	08:42:31.694

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	c198b77d39270061bc6eb689a0fb46c3	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.100.000.000	29-11-2019	08:38:56.374	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f3fece4285c4d687d6798e931ecc18e1	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.151.500.001	29-11-2019	08:02:35.600	Propuesta
		Código Verificador:	cc97d7f1e44e85b901c11b9685bc99e1	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.250.000.000	29-11-2019	08:02:35.592	Propuesta
		Código Verificador:	e0f5b914c103ca53da5063ae0e930e79	

3 - ECOGRAFO MODULAR PARA UROLOGÍA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	339.000.000	29-11-2019	09:11:10.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9aba59c82bec41a4efcab520479387c0	
DEZETA S.A - 80019208-7	369.000.000	29-11-2019	09:13:32.691	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5991c6d9b000433a6a287094378f0bdf	
IMESE S.A. - 80016426-1	369.900.000	29-11-2019	09:13:35.496	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca1c62b97c54403f45d47e3b76acbbc8	
DEZETA S.A - 80019208-7	372.000.000	29-11-2019	09:13:21.885	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98fd0df598e7afa85dfecfbd0d7bfc20	
IMESE S.A. - 80016426-1	373.000.000	29-11-2019	09:13:12.570	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bf852d791422465ae83d75d44bb1eaf	
DEZETA S.A - 80019208-7	374.000.000	29-11-2019	09:13:07.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a13f9cbdf613c7a43e345b6e393263b3	
IMESE S.A. - 80016426-1	375.000.000	29-11-2019	09:13:03.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	laf2780c24cbf35f026cd22b983f0e21	
DEZETA S.A - 80019208-7	376.000.000	29-11-2019	09:12:54.534	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57dfa79f1265a11b7ce86e2a64f54940	
IMESE S.A. - 80016426-1	378.000.000	29-11-2019	09:12:39.637	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f66add65c96b61149b504cda15ff812	
DEZETA S.A - 80019208-7	378.000.000	29-11-2019	09:12:47.918	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac260e8110f2767c9b784bb5876a37fe	
DEZETA S.A - 80019208-7	380.000.000	29-11-2019	09:12:32.301	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8432d1d5034a3b6a834d6a1be3a2b746	
IMESE S.A. - 80016426-1	381.000.000	29-11-2019	09:12:29.926	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fc504cbfa8f57c8b20505df194a5cf3	
DEZETA S.A - 80019208-7	382.000.000	29-11-2019	09:12:14.660	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	900bb42949d77bb9ab77c4086e5fc4eb	
IMESE S.A. - 80016426-1	385.000.000	29-11-2019	09:11:56.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d44d8852bf7889f34dfb3fec64cf42b4	
DEZETA S.A - 80019208-7	385.000.000	29-11-2019	09:12:05.212	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29727d4350a63aadd0827b7dfe1798d	
DEZETA S.A - 80019208-7	387.000.000	29-11-2019	09:11:51.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c36cded388d204afebe5bad207780017	
IMESE S.A. - 80016426-1	389.000.000	29-11-2019	09:11:37.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12842543101498116c0bc6a84ea592e8	
DEZETA S.A - 80019208-7	390.000.000	29-11-2019	09:11:29.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44c8e94301303fbd2eafb1ecd77edb7	
IMESE S.A. - 80016426-1	395.000.000	29-11-2019	09:11:11.935	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdae0d4f82fec751beec5c2f7d7334ba	
DEZETA S.A - 80019208-7	396.000.000	29-11-2019	09:11:14.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6dc56eddb1328eddd5c37a82886407cb	
DEZETA S.A - 80019208-7	397.000.000	29-11-2019	09:11:01.076	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93927aebadc61d7e7d7eb83d9a642ac8	
IMESE S.A. - 80016426-1	398.000.000	29-11-2019	09:11:00.118	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69cc6a7db38acea1ae483470c8bdf8d6	
DEZETA S.A - 80019208-7	400.000.000	29-11-2019	09:10:48.860	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79ba7270c324661ac68a545ebe8e2224	
IMESE S.A. - 80016426-1	401.000.000	29-11-2019	09:10:42.006	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	6e08fe7204f3e1949e7baad0f86bc052	
DEZETA S.A. - 80019208-7	403.000.000	29-11-2019	09:10:34.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	783f04e3fdd37a4b7831685588d9aceb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	407.000.000	29-11-2019	09:10:45.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4cf08eb7bc525c2440724c66e5eddb2	
IMESE S.A. - 80016426-1	408.000.000	29-11-2019	09:10:35.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	112820819d32f757e772f725ebae8843	
DEZETA S.A. - 80019208-7	410.000.000	29-11-2019	09:10:19.994	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e09d2e3a6b79833459e8838cf9e33f9f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	410.000.000	29-11-2019	09:10:50.172	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9a93eb7cdddc4db40626e851789eeb6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	411.000.000	29-11-2019	09:10:25.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5914b2bced26edb20c5358030b8bedae	
IMESE S.A. - 80016426-1	412.000.000	29-11-2019	09:10:13.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	add3101be04ad8c359c9a89174b71415	
DEZETA S.A. - 80019208-7	414.000.000	29-11-2019	09:10:05.835	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0cc17290f867d8b67090138c26884d5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	415.000.000	29-11-2019	09:10:25.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a46b87413ad38e6212d3847b4cddf122	
IMESE S.A. - 80016426-1	418.000.000	29-11-2019	09:10:00.976	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	843e8da2de0de07f53e21a8b83c75a86	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	418.000.000	29-11-2019	09:10:02.261	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	542b40cc29bb4c51305d8a14cccce269	
DEZETA S.A. - 80019208-7	419.000.000	29-11-2019	09:09:53.262	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed388a7027780c0ba788c1e15c5b2e52	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	420.000.000	29-11-2019	09:09:52.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	601641b31114025d2cbcf88b247aca8	
IMESE S.A. - 80016426-1	424.000.000	29-11-2019	09:09:50.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9b7348d51660a140cdb5d0578320988	
DEZETA S.A. - 80019208-7	425.000.000	29-11-2019	09:09:41.411	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf0758d900474b88a85d783ec362ac01	
IMESE S.A. - 80016426-1	429.000.000	29-11-2019	09:09:43.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d673196d56423a0bce08d0f8d9aec8a0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	430.000.000	29-11-2019	09:09:34.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	520509c5e3ebf985c20a90adf4d55246	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	430.000.000	29-11-2019	09:09:35.011	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbf507cc1edb46b7f58b496a442a97ab	
IMESE S.A. - 80016426-1	430.000.000	29-11-2019	09:09:35.088	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b298bcc5c0addfe2b195194257c5ffe	
DEZETA S.A. - 80019208-7	432.000.000	29-11-2019	09:09:29.983	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3358cb51de394050d950c885eef010df	
IMESE S.A. - 80016426-1	434.000.000	29-11-2019	09:09:25.725	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51ef909bb5c7c2a39649fbd7d8dae31a	
DEZETA S.A. - 80019208-7	435.000.000	29-11-2019	09:09:19.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70f0a4ca027035ef721e70e4c67564eb	
IMESE S.A. - 80016426-1	439.000.000	29-11-2019	09:09:15.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6aa6e5a8892a718fbb6b857f8bc83f93	
DEZETA S.A. - 80019208-7	440.000.000	29-11-2019	09:09:07.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	643a5554f7d04766a3f55cad3a847153	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	440.000.000	29-11-2019	09:09:07.578	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	874ba72be641ec64c0d6fc56304899a2	
IMESE S.A. - 80016426-1	445.000.000	29-11-2019	09:08:56.320	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19d02c1039ad024278470a0a131c2759	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	445.000.000	29-11-2019	09:09:00.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	081f2797480fcf18e54315f6ab7797d6	
DEZETA S.A. - 80019208-7	449.000.000	29-11-2019	09:08:41.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b176a0a801a0a839149c35ce65e1c123	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	449.000.000	29-11-2019	09:08:51.283	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	f9c2e2ab2a0bb0d1b43ad1f983a95c54
IMESE S.A. - 80016426-1	450.000.000	29-11-2019	08:02:35.843
		Código Verificador:	be6aebb700670bfff5b1a9888e028ddb
DEZETA S.A. - 80019208-7	480.000.000	29-11-2019	09:08:08.167
		Código Verificador:	5fd22a7fc9afa02f151227f00390b38f
DEZETA S.A. - 80019208-7	485.000.000	29-11-2019	09:07:52.056
		Código Verificador:	15ff26e6545aba68ce13ef9f49310aee
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	500.000.000	29-11-2019	08:02:35.841
		Código Verificador:	4d39f14259d2ccf6b0f7cc37f7d98524
DEZETA S.A. - 80019208-7	534.000.000	29-11-2019	08:02:35.840
		Código Verificador:	a141ea1148bbc2b7a80c4c3f80b7238b
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	700.000.000	29-11-2019	09:01:32.967
		Código Verificador:	0194b58cd7a4c3a88fcd48dc5dca5d3
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	750.000.000	29-11-2019	08:02:35.836
		Código Verificador:	ca5bdb6ac7ccad1273740bb7449c8c3a

4 - ELECTROCARDIOGRAFO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	179.000.000	29-11-2019	09:35:38.708	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2230a5b2c7f0146e34c17a60be0a9666	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	180.000.000	29-11-2019	09:35:29.004	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	962cdd732fdd274bf4a27d7f0a99014e	
V & V S.A. - 80038216-1	180.000.000	29-11-2019	09:35:35.682	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f247690adf018b529b000d82e6a130b	
V & V S.A. - 80038216-1	182.500.000	29-11-2019	09:35:28.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42ac1f7a70f4fccc18a17362e9fd5c86	
V & V S.A. - 80038216-1	182.750.000	29-11-2019	09:35:23.299	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff06c06ab68b6b495515d8ec4f7ec8b4	
V & V S.A. - 80038216-1	183.000.000	29-11-2019	09:35:18.314	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c27ffaa9ec5df70dbdd5ad6cd7ea31a2	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	185.000.000	29-11-2019	09:35:13.195	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d81aa0686089921bec31d88df3c969bc	
V & V S.A. - 80038216-1	186.500.000	29-11-2019	09:35:14.058	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b3f0966c410686b54f25c82fe60e28f	
V & V S.A. - 80038216-1	187.000.000	29-11-2019	09:35:06.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a27ebad4b89dbe6c5e9d2fc2cfd4636	
V & V S.A. - 80038216-1	189.000.000	29-11-2019	09:35:02.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46415df9c7fae9297d5a90cdccfee699	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	189.000.000	29-11-2019	09:35:07.908	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebd425aeb58314c2f571fdc4e3e46db8	
V & V S.A. - 80038216-1	190.000.000	29-11-2019	09:34:56.914	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b5d2c3423913d07e1b39a55a7c726ad	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	194.000.000	29-11-2019	09:34:59.329	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1dff212d3ec83ee2af93bfc5ecee9fff	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	195.000.000	29-11-2019	09:34:52.509	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3103040ea5f296d91e00098d6c2dd19c	
V & V S.A. - 80038216-1	197.000.000	29-11-2019	09:34:52.658	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13dd9b96316c93ff67104b7d2046cb59	
V & V S.A. - 80038216-1	198.000.000	29-11-2019	09:34:46.771	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b2316a00644c649e96089c2193d74e4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	199.000.000	29-11-2019	09:34:46.511	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc5a042bb5d2ce02ce02bba5ffd5d6c5	
V & V S.A. - 80038216-1	199.500.000	29-11-2019	09:34:42.609	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4da565371102be103081b05d00748ef	
V & V S.A. - 80038216-1	200.000.000	29-11-2019	09:34:37.357	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1223f1e4fa92eb25223e908df938eab0	
V & V S.A. - 80038216-1	203.000.000	29-11-2019	09:34:32.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	630b6fa78d249a6f6be48800a764b21f	

Listado General de todas las Ofertas

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	203.000.000	29-11-2019	09:34:40.003	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df177dd2855a673810f9b22d7ef6e76e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	204.000.000	29-11-2019	09:34:32.064	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	711b61d988e46d9428556699c3f1bdc8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	205.000.000	29-11-2019	09:34:26.765	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a541b4543c2c5a3bb36ba8dac967fe15	
V & V S.A - 80038216-1	205.000.000	29-11-2019	09:34:27.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ccd04c8c8bad69222ae842452ea73e8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	210.000.000	29-11-2019	09:34:18.590	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e278872af45d468276cf68b617e805b	
V & V S.A - 80038216-1	213.000.000	29-11-2019	09:34:23.073	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ea54afd85b764b4e9b1a443c698ffba	
V & V S.A - 80038216-1	214.500.000	29-11-2019	09:34:18.110	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f94031ff5b833aed448ae13eb6371fc	
V & V S.A - 80038216-1	215.000.000	29-11-2019	09:34:12.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22f562530ea69c8c7ef37278b0025238	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	215.000.000	29-11-2019	09:34:13.394	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f4aeae37e330d8a06f1753292d1fa75	
V & V S.A - 80038216-1	217.000.000	29-11-2019	09:34:08.036	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6a4d110a7d4b58fcea88d62032634f9	
V & V S.A - 80038216-1	218.000.000	29-11-2019	09:34:02.176	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc225c2afcfb12f1ec4831680eb7cf02	
V & V S.A - 80038216-1	219.000.000	29-11-2019	09:33:57.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	205abac7a4392749c5c270a96117f73e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	219.000.000	29-11-2019	09:34:07.499	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05a0c9ff0555219986c42401381d4d31	
V & V S.A - 80038216-1	221.000.000	29-11-2019	09:33:52.605	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cc036bc9ed442fd230305e18c8a574d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	221.000.000	29-11-2019	09:34:01.142	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d49ec8db909a779633001792eb286f4e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	225.000.000	29-11-2019	09:33:53.027	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0044c4f9dc0b9badba7fad17bef2affe	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	225.900.000	29-11-2019	09:33:47.010	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b11888fb52df2233bce9446062ecd61	
V & V S.A - 80038216-1	226.000.000	29-11-2019	09:33:47.664	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1cd36a641dad830d6eba821bcd806c0	
V & V S.A - 80038216-1	226.500.000	29-11-2019	09:33:40.992	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6572974c2cd11d5eb24ee967a846dc8b	
V & V S.A - 80038216-1	227.000.000	29-11-2019	09:33:35.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6d395e1f6f0fb10a079f484528adc57	
V & V S.A - 80038216-1	228.500.000	29-11-2019	09:33:31.673	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6209a9eb09c096efab14b8703a6b29a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	229.900.000	29-11-2019	09:33:37.924	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	299fb993fb6dd254f6aec752d1b17606	
V & V S.A - 80038216-1	230.000.000	29-11-2019	09:33:26.941	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9521016e2487773cedb286e8d03d035b	
V & V S.A - 80038216-1	231.000.000	29-11-2019	09:33:22.146	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8001f0683518c4fa268a2e9b969528bf	
V & V S.A - 80038216-1	233.000.000	29-11-2019	09:33:18.263	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8bf99d23de26f410e10325aa4aa9ab5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	233.500.000	29-11-2019	09:33:26.752	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a75d2a7d44707aeb0743e087eb4da56	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	235.500.000	29-11-2019	09:33:10.728	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ecc751f973d91a42fbfc961f596016	
V & V S.A - 80038216-1	235.500.000	29-11-2019	09:33:12.854	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e43f519d84aa85f8a2a1baf62fac249f	
V & V S.A - 80038216-1	237.000.000	29-11-2019	09:33:07.917	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7b0fdb9cf7fec3605a68bd08ee387ae	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	237.500.000	29-11-2019	09:33:03.730	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd500d328b3c77785e148890db98e7a3	
V & V S.A - 80038216-1	238.000.000	29-11-2019	09:32:58.561	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6a1472d06a1025edacff07315dbee3a	
V & V S.A - 80038216-1	238.500.000	29-11-2019	09:32:53.827	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73701dc0d843ffb82f2c78ef61faffc0	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	239.500.000	29-11-2019	09:33:03.557	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd6c2e07a9920e8a6792d5f1fe034e7d	
V & V S.A - 80038216-1	240.000.000	29-11-2019	09:32:49.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	899cdc9ebffbfaf834a8f2891c6d8092	
INFOTEC SA - 80021897-3	240.000.000	29-11-2019	09:34:36.507	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27f0dab12a8a7696ca15b40a9f8677e0	
V & V S.A - 80038216-1	241.000.000	29-11-2019	09:32:43.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e158e8b0660c87047f90a9ab08f47d8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	242.500.000	29-11-2019	09:32:49.487	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42822a5d8141f3b94232564e122239e0	
V & V S.A - 80038216-1	243.000.000	29-11-2019	09:32:38.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7b17a9821e8b4456597a4ff113bcd23	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	245.000.000	29-11-2019	09:32:31.003	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40bdae6e1d8761af3b26322a02cb80f8	
V & V S.A - 80038216-1	248.000.000	29-11-2019	09:32:32.295	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed2ce5efc0ab2824b8914aafa0e0af81	
V & V S.A - 80038216-1	249.000.000	29-11-2019	09:32:26.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c00a2fd76ea39c63256aea6235eb380a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	250.000.000	29-11-2019	09:31:58.714	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d42d30e24b4ee64109106eccc161e95	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	259.200.000	29-11-2019	09:33:40.310	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2f15ed4a09bc955634a53251b1aaa32	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	260.000.000	29-11-2019	09:32:50.765	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa72cbd867c0ab614c78122130aa6a06	
INFOTEC SA - 80021897-3	264.000.000	29-11-2019	08:02:36.293	Propuesta
		Código Verificador:	52bc1c77099fd6ae0349d508d4e182d2	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	300.000.000	29-11-2019	08:02:36.255	Propuesta
		Código Verificador:	4f0ad3a43533b7de6ea2e9f4aa65c983	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	312.444.000	29-11-2019	08:02:36.264	Propuesta
		Código Verificador:	1df378d5a637bea68171af374f125b0d	
V & V S.A - 80038216-1	312.448.440	29-11-2019	08:02:36.247	Propuesta
		Código Verificador:	28f24419eddd38e0decd7d3f5c5b5756	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	810.378.000	29-11-2019	09:34:07.098	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a29da5538d9f25714f9ec0b8ba4f8a3	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	1.296.000.000	29-11-2019	08:02:36.284	Propuesta
		Código Verificador:	525bb34f6f2542cfac31f4bad8e85e57	

5 - MÁQUINA DE ANESTESIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.000.000.000	29-11-2019	09:55:48.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5aa1152c7817b92e2673dba4999034ec	
V & V S.A - 80038216-1	7.175.000.000	29-11-2019	09:55:51.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	484b0f87214e6cb55a54f5119f794258	
V & V S.A - 80038216-1	7.190.000.000	29-11-2019	09:55:44.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3181a0a795e0d52823f7e62911d00d48	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.200.000.000	29-11-2019	09:55:34.244	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbf25a55244c773044c4527fbcabadc6	
V & V S.A - 80038216-1	7.200.000.000	29-11-2019	09:55:38.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a072f31fbf491bae565f487f9262a58b	
V & V S.A - 80038216-1	7.250.000.000	29-11-2019	09:55:29.678	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	124742ad2ae56486b0caf65e6a36b612	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.300.000.000	29-11-2019	09:55:18.471	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	6dae689a0823bc91e23f7cd0e6f23283
V & V S.A - 80038216-1	7.490.000.000	29-11-2019	09:55:23.650
		Código Verificador:	b305c6e9b5b6fcb0219ef37f273e26f0
V & V S.A - 80038216-1	7.500.000.000	29-11-2019	09:55:12.737
		Código Verificador:	4d6ed469e11c35803f9f4658b9a92ed0
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.600.000.000	29-11-2019	09:53:59.819
		Código Verificador:	0b7b3315d75b45cc2029a9c192667758
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.790.000.000	29-11-2019	09:53:49.511
		Código Verificador:	38887eedf16f613fb56838d7a2594d82
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.800.000.000	29-11-2019	09:53:38.723
		Código Verificador:	e4f2cfff33e25a337b9a3f11afa2092c
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	7.800.000.000	29-11-2019	09:53:44.646
		Código Verificador:	ff56d635efd5f50cd048541f648f1135
V & V S.A - 80038216-1	7.800.000.000	29-11-2019	09:53:59.507
		Código Verificador:	4a5a810e485978a382a782b1064fc6b8
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.850.000.000	29-11-2019	09:53:13.998
		Código Verificador:	2aba1dc564634cecf41e481593e7121c
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	7.850.000.000	29-11-2019	09:53:29.997
		Código Verificador:	e9254ea96f65173a6c848347f02954cd
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.890.000.000	29-11-2019	09:53:04.029
		Código Verificador:	3a32c127f51b2d950a4fdb1e42c38056
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	7.900.000.000	29-11-2019	09:52:53.050
		Código Verificador:	ddfd1f03627b53f5d7f42f05f53e7651
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.950.000.000	29-11-2019	09:52:47.272
		Código Verificador:	1e8ebf0421240a5b47925e6f0761bcb8
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.980.000.000	29-11-2019	09:52:36.080
		Código Verificador:	dec9896bed76a3c67f0f9505f50323ee
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.990.000.000	29-11-2019	09:52:19.339
		Código Verificador:	c5f659baca2588fd94617350967f4607
V & V S.A - 80038216-1	8.000.000.000	29-11-2019	09:52:47.603
		Código Verificador:	6e53b67c779bbd31a5cfe2a6fce6a132
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	8.050.000.000	29-11-2019	09:52:19.127
		Código Verificador:	01a51958f3f5da69176c8caa16de8195
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	8.100.000.000	29-11-2019	09:52:07.895
		Código Verificador:	b407a60db1021aad002e7295ec941f0a
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	8.200.000.000	29-11-2019	09:51:59.261
		Código Verificador:	10497658b02ac64b9f0510ff805fcc95
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	8.250.000.000	29-11-2019	09:52:09.183
		Código Verificador:	517b207b6792b6b8e8d678c130366c1f
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	8.300.000.000	29-11-2019	09:51:47.411
		Código Verificador:	8115a36b259f1319484cd0b652b62d92
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	8.300.000.000	29-11-2019	09:51:49.711
		Código Verificador:	925620cd162301d1068192b2ec9e691f
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	8.500.000.000	29-11-2019	09:51:38.843
		Código Verificador:	6436a67a9bad110c761229b6210f0d88
V & V S.A - 80038216-1	8.500.000.000	29-11-2019	09:52:17.888
		Código Verificador:	114919d24620b503f97f7a51d000b916
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	8.600.000.000	29-11-2019	09:51:34.265
		Código Verificador:	6295639e3b03c932f73dd1ff786ea3dd
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	8.660.000.000	29-11-2019	09:51:48.577
		Código Verificador:	a4af65197e4c3f6c4701e3e76889e1f9
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	8.700.000.000	29-11-2019	09:51:23.141
		Código Verificador:	2b22c4e19a6e16ea2975833c7d656ab4
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	8.800.000.000	29-11-2019	09:51:26.034
		Código Verificador:	c4e88623af329208b821f8045ad46e29
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	8.800.000.000	29-11-2019	09:51:28.402
		Código Verificador:	1d22d9214c30bafd6118c6525c0e1392
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	8.900.000.000	29-11-2019	09:51:14.886
		Código Verificador:	

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	5d5cc3edd16ae76f20d8602417274f42
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	9.000.000.000	29-11-2019	09:51:06.336
		Código Verificador:	f7860f62bdce192f611f61e3662a6139
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	9.000.000.000	29-11-2019	09:51:09.298
		Código Verificador:	e4bd6188aa65b35702e18b715680b6b8
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	9.100.000.000	29-11-2019	09:51:02.147
		Código Verificador:	1c0cead822158bd512cbbc6ff395647b
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	9.200.000.000	29-11-2019	09:50:53.907
		Código Verificador:	f79e3679b3423cdf34f043299769f5a3
V & V S.A. - 80038216-1	9.350.000.000	29-11-2019	09:51:08.788
		Código Verificador:	fdf74983b2c1ef9d8b003ea66d1b2dc3
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	9.400.000.000	29-11-2019	09:50:49.866
		Código Verificador:	fd22098f79cbffa3dd8d35f6549eb29e
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	9.500.000.000	29-11-2019	09:50:42.446
		Código Verificador:	d3c57826847cc2dd2e9dde28bddb7e0
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	9.500.000.000	29-11-2019	09:50:45.357
		Código Verificador:	bee3452eb1100d8ff0849119ad7fa533
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	9.800.000.000	29-11-2019	09:50:31.367
		Código Verificador:	d2b3741dfbbb8b0ca8a28f48c62666c9
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	9.900.000.000	29-11-2019	09:50:33.447
		Código Verificador:	519e2bd65b4c8a2a020906989de435b7
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.000.000.000	29-11-2019	09:50:16.642
		Código Verificador:	a6a315163e42b7b8097f78a3b6f5b923
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	10.000.000.000	29-11-2019	09:50:21.669
		Código Verificador:	97f73e532fc86f47597e19f097794140
V & V S.A. - 80038216-1	10.000.000.000	29-11-2019	09:50:26.687
		Código Verificador:	ac643153137513e6a7f4048dfa34d11e
V & V S.A. - 80038216-1	10.100.000.000	29-11-2019	09:50:19.439
		Código Verificador:	aae003b38f1c2624f47d6a89c0795816
V & V S.A. - 80038216-1	10.200.000.000	29-11-2019	09:50:13.503
		Código Verificador:	ea8cd4a46b2266d9dadf8b6dddacf2f9
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	10.300.000.000	29-11-2019	09:50:04.550
		Código Verificador:	3006716339eac1529681d5802c420ad
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.500.000.000	29-11-2019	09:50:03.085
		Código Verificador:	9801dc9ca2be2b60756b1fc6af971de8
V & V S.A. - 80038216-1	10.500.000.000	29-11-2019	09:50:07.331
		Código Verificador:	01046a92ce83f412f036bc2d7f86beb2
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	10.500.000.000	29-11-2019	09:50:15.324
		Código Verificador:	5d1b668fffb68f3f20eff9d2f7434f99
V & V S.A. - 80038216-1	10.600.000.000	29-11-2019	09:50:00.458
		Código Verificador:	05c842ae8dd5956880feb155d14a5de4
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	10.800.000.000	29-11-2019	09:49:49.520
		Código Verificador:	86f2ae5bcd89a968652cdf57f48b4c3
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	10.800.000.000	29-11-2019	09:49:52.923
		Código Verificador:	ab74b7ad751f695aa24ca277b6e07e7a
V & V S.A. - 80038216-1	10.800.000.000	29-11-2019	09:49:53.012
		Código Verificador:	194c417da84c8c46d3780b8bb7138fb7
V & V S.A. - 80038216-1	10.900.000.000	29-11-2019	09:49:44.194
		Código Verificador:	76f4182526d2baf62f27e6f00fd36dff
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	11.000.000.000	29-11-2019	09:49:34.087
		Código Verificador:	de958c8e3f773c322a62b95bdf4d8027
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	11.200.000.000	29-11-2019	09:49:34.914
		Código Verificador:	278ce9224be9afa2946b9bfa8a8918b8
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	11.400.000.000	29-11-2019	09:49:35.151
		Código Verificador:	7cde8ba6ed2fe031bd4a1f21e1592e35
V & V S.A. - 80038216-1	11.400.000.000	29-11-2019	09:49:37.247
		Código Verificador:	7d217e85ded5e28f1d9a278853bc05a7
V & V S.A. - 80038216-1	11.500.000.000	29-11-2019	09:49:25.323
		Código Verificador:	

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	42767eaf76b6111a9d908aadfda46daa
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	11.800.000.000	29-11-2019	09:49:03.917
		Código Verificador:	ea889f17ab7902c0f31c46c5a324bdde
V & V S.A - 80038216-1	11.800.000.000	29-11-2019	09:49:14.873
		Código Verificador:	bdaaed90a2f40845db794da47feca21c
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	11.900.000.000	29-11-2019	09:48:47.841
		Código Verificador:	4e07114d753f5829419770e844744b00
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	12.000.000.000	29-11-2019	08:02:36.681
		Código Verificador:	c0daf3ad14a277e663a63f8ce5525ff5
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	15.200.000.000	29-11-2019	09:48:56.970
		Código Verificador:	afa01813936ba7f5cdb179736e7fd79e
V & V S.A - 80038216-1	15.733.776.000	29-11-2019	08:02:36.677
		Código Verificador:	80eed0d938a926b14bd0a2b2d71e6e2c
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	15.733.784.112	29-11-2019	08:02:36.679
		Código Verificador:	4a4ff919d3f59ba2c1e2046a44882e25
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	17.018.709.816	29-11-2019	08:02:36.686
		Código Verificador:	bbf2b97e69d01e6368660cad12d4f939

6 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOTEC SA - 80021897-3	3.900.000.000	29-11-2019	10:17:29.448	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54ce332d3f16a611bd5de95dda0e7470	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.940.000.000	29-11-2019	10:17:30.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5e6b62c8d26c08a07aa070772a5af4b	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	3.950.000.000	29-11-2019	10:17:12.131	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f40315874f619668a68bc1aa05d11e3	
INFOTEC SA - 80021897-3	3.950.000.000	29-11-2019	10:17:23.326	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0770960c90568771d48642f6660d78e1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.999.000.000	29-11-2019	10:17:13.544	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdf46559ee57b301b26188b07c37f890	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.000.000.000	29-11-2019	10:16:43.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30ff98ddb89c38a24213ff82ecffa6f4	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.020.000.000	29-11-2019	10:17:21.074	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	186daa04248c9f92d4484322a27a40ce	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.030.000.000	29-11-2019	10:16:55.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	885be49a9c27f38b7581ebed2fc7b689	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.040.000.000	29-11-2019	10:16:36.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4add3cd9ae3531f59d292418fb14a6c	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.050.000.000	29-11-2019	10:16:17.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a206f5daad9fe8d004f512aad503fc2a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.070.000.000	29-11-2019	10:16:14.616	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8b89ca9fa080d9ccb3031a8038110c7	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	4.090.000.000	29-11-2019	10:16:10.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ef606def522ce91523e91aedec8724f	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.100.000.000	29-11-2019	10:15:35.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a94210c89600ae583265c86d4fe4c7f9	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.100.000.000	29-11-2019	10:15:56.702	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c346bd8d1771a43b0293b0da29527b96	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.150.000.000	29-11-2019	10:15:57.007	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12ff36e3e397cb74d28a2a2b07f63d6e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.175.000.000	29-11-2019	10:17:40.889	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e58e68ea057bb9eb6fa3c6b3f601c687	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	4.185.000.000	29-11-2019	10:17:15.624	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03b3670709cd846016eadb6eb946021f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.189.000.000	29-11-2019	10:17:22.022	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5af352327cd5077c1190f998ac188f1	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	4.190.000.000	29-11-2019	10:15:57.797	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd42876053662fb30e6b49f7fdb09f85	

Listado General de todas las Ofertas

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	4.190.000.000	29-11-2019	10:16:57.082	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06ecd3bdf620dc9217a3be647e6113c7	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.199.000.000	29-11-2019	10:16:36.945	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edfc8c4334f2d78a993d345dbaa083b3	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.200.000.000	29-11-2019	10:15:21.915	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	184dc1b57b550b05d4b7c118d401235c	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.200.000.000	29-11-2019	10:15:30.181	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a7c7ab2a5ea54cb3b2513685427b636	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	4.200.000.000	29-11-2019	10:15:50.151	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf908ab4ba7165b653bf06d63d12eb58	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	4.230.000.000	29-11-2019	10:15:15.232	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f63146a4275b18c3928a7d5afe7abc2	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.230.000.000	29-11-2019	10:15:15.702	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	298524448526547300db21f865145b2a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	4.250.000.000	29-11-2019	10:15:03.167	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94d8ae2721aba38bb46e64af3adeb133	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.290.000.000	29-11-2019	10:15:09.429	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3fea8c46cbc2449240b988c96bd27dfb	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.290.000.000	29-11-2019	10:15:10.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0b728a53e2e17df8b4479de621b38ca	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.300.000.000	29-11-2019	10:14:46.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3dc867e4f0705bb7bd3837f30a49f08	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	4.300.000.000	29-11-2019	10:14:51.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abc510fa392c2c8db794c3c01830a37b	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	4.340.000.000	29-11-2019	10:14:52.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c54a3275acac66ab318662de542610d0	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.350.000.000	29-11-2019	10:14:33.679	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec2e1d6b9433af168c72e4564bb9a6d0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.359.000.000	29-11-2019	10:15:55.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	693ed0e5214224601716744aa679876d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.360.000.000	29-11-2019	10:15:00.651	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac44e531fe17efb568daa339aad22a5f	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	4.370.000.000	29-11-2019	10:14:38.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	722616765152aa5a3980c17483b96483	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.380.000.000	29-11-2019	10:14:24.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04253e1210c9913a042630ebed39c60e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.395.000.000	29-11-2019	10:14:22.834	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	883fe3d7cdfbd67bb80cfb50fb5bbc5b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.399.000.000	29-11-2019	10:15:20.249	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64d0df8255730638d8ea1f4c0485197f	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.400.000.000	29-11-2019	10:14:05.658	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e27ee444af99801296c7f6d856ce591	
V & V S.A. - 80038216-1	4.400.000.000	29-11-2019	10:14:44.510	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19a3ef62a9fdb59e315b313bd29bf97d	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.410.000.000	29-11-2019	10:14:12.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7467f6fbae46c13aa805461b71fd1f81	
V & V S.A. - 80038216-1	4.418.000.000	29-11-2019	10:14:09.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4178a5a8a14cc109fc3b832fde36154c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.420.000.000	29-11-2019	10:13:55.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db6d8f4ed04b85fdceec617c648523f0e	
V & V S.A. - 80038216-1	4.440.000.000	29-11-2019	10:14:01.111	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	611cd5749c8b3db1342dbbadbaf027ec	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.440.000.000	29-11-2019	10:14:02.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	057b670b14f8ea7669a817ee47f899de	
V & V S.A. - 80038216-1	4.445.000.000	29-11-2019	10:13:48.976	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e1603e1a7a5cdbe8028c11e5de8925b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.450.000.000	29-11-2019	10:13:24.176	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c00adfe02ac5860f2d894c042b03a6a8	

Listado General de todas las Ofertas

INFOTEC SA - 80021897-3	4.450.000.000	29-11-2019	10:13:47.180	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecdb2580c7a0b71a398c838e531bc55c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.500.000.000	29-11-2019	10:13:33.155	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35090629cdb9ed967cc1b9c1ca6975e4	
V & V S.A. - 80038216-1	4.525.000.000	29-11-2019	10:12:46.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49f3047a968c20260e27440d9e1cca3e	
V & V S.A. - 80038216-1	4.550.000.000	29-11-2019	10:12:26.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	422716a59de46b1b7e753051ec4cb9d7	
V & V S.A. - 80038216-1	4.560.000.000	29-11-2019	10:12:12.280	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b04f413337142891e649c3c93e062177	
V & V S.A. - 80038216-1	4.565.000.000	29-11-2019	10:12:05.331	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7de4dd03967161804522a98021e9156c	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.569.009.849	29-11-2019	08:02:37.099	Propuesta
		Código Verificador:	133eefa6fb2afe61e156330e1944ceec	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	5.199.000.000	29-11-2019	10:14:17.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b85ec938c084a8c380d5d79ef4d56efb	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.200.000.000	29-11-2019	10:13:06.134	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b024656abb8a13246917e2ee51373bf7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.300.000.000	29-11-2019	10:12:49.831	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41464c7bc1eaa3797fff5cd79c08170b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	5.346.000.000	29-11-2019	08:02:37.080	Propuesta
		Código Verificador:	a54620293050dce63ad9611dd73e5297	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	6.480.000.000	29-11-2019	10:06:19.709	Etapas de Puja
		Código Verificador:	22569b451ab1ac5c38bfe1e3f49eb82	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	6.500.000.000	29-11-2019	10:05:51.395	Etapas de Puja
		Código Verificador:	3c10808cbb9cf702923f464747fbb607	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	6.880.000.000	29-11-2019	10:05:25.946	Etapas de Puja
		Código Verificador:	94b1e2a4077b8fe98b212f349296cdac	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	6.885.000.000	29-11-2019	08:02:37.092	Propuesta
		Código Verificador:	698ea6d76a5971f6e089ed3a26693fca	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	7.000.000.000	29-11-2019	10:01:24.730	Etapas de Puja
		Código Verificador:	1f25abb02b8692a1d79414e0cdeecd01	
INFOTEC SA - 80021897-3	7.695.000.000	29-11-2019	08:02:37.091	Propuesta
		Código Verificador:	4345c2a694515aa897b7fb77d5306807	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	8.000.370.000	29-11-2019	08:02:37.088	Propuesta
		Código Verificador:	52b28addfac7c47e02a59ffbb712cddb	
V & V S.A. - 80038216-1	8.067.600.000	29-11-2019	08:02:37.067	Propuesta
		Código Verificador:	5c6f2d46fded33a22e4984e74b2d35ac	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	8.067.600.000	29-11-2019	08:02:37.087	Propuesta
		Código Verificador:	38b7ac77c641449d53f5b3b1e13192fb	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	14.064.313.500	29-11-2019	10:13:27.490	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e423f02ee2a6bdc0e7ec89cf673487f	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	22.501.800.000	29-11-2019	08:02:37.089	Propuesta
		Código Verificador:	d51f05945ee318616ad01bef2f575fda	

7 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA NEUROCIRUGÍA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	220.000.000	29-11-2019	10:37:30.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2827d840754d3452ecd5f2c41e6a5f2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	220.500.000	29-11-2019	10:37:32.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5f8114e4e8970a6d275a24889242cf4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	221.000.000	29-11-2019	10:37:12.780	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a4ddeb8199a2ece1513b17eb6823443	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	222.000.000	29-11-2019	10:36:58.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	534dfe71af1a584277a551423633654e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	223.000.000	29-11-2019	10:36:44.310	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61d7e1d3b92d7a893731c470a7511402	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	225.000.000	29-11-2019	10:36:27.348	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	3fc7d06527f22ea98a134044d502aecf
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	229.400.000	29-11-2019	10:36:08.144
		Código Verificador:	ef168b7e5fb24a4380cbdf29d7968d43
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	230.000.000	29-11-2019	10:35:58.729
		Código Verificador:	a9f3119c61846a4c869108eb4ea1a13f
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	230.500.000	29-11-2019	10:35:52.232
		Código Verificador:	723975c4f85c44e03ac3fbf8956f9c2b
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	231.500.000	29-11-2019	10:35:23.040
		Código Verificador:	c155fbe0049c8390eaad1b7127fc3623
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	233.500.000	29-11-2019	10:35:16.914
		Código Verificador:	4dec9a0d313e93828c0f40e6890f464d
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	234.000.000	29-11-2019	10:35:23.794
		Código Verificador:	8756b921702a921febe51c9c0d1a5df1
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	234.500.000	29-11-2019	10:35:11.544
		Código Verificador:	3322affbb2be68ceec770876dca698c0
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	235.000.000	29-11-2019	10:35:03.284
		Código Verificador:	e22ec6f07b06f11f91746408e7dc6ebe
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	235.000.000	29-11-2019	10:35:08.908
		Código Verificador:	bee73424ede442443d2d41bc47460a5c
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	236.000.000	29-11-2019	10:34:49.688
		Código Verificador:	d8477811f21822e5accfa3631299a685
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	236.000.000	29-11-2019	10:34:53.305
		Código Verificador:	6f1b502f1a83072f7345a27e552d5747
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	237.000.000	29-11-2019	10:34:42.029
		Código Verificador:	a297d2678f272bb0e82229e4e6355bf9
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	237.500.000	29-11-2019	10:34:39.101
		Código Verificador:	7c33480c9a2ae2c83955012d113963d9
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	238.000.000	29-11-2019	10:34:27.115
		Código Verificador:	319f1b52b40808cc214a6d4401578b3e
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	239.000.000	29-11-2019	10:34:19.522
		Código Verificador:	f5134b3dc1ac99ac5e9e8d85899bcaca
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	240.000.000	29-11-2019	10:34:08.367
		Código Verificador:	08b942781f3529a8a67a2b736231ee04
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	242.000.000	29-11-2019	10:34:08.911
		Código Verificador:	d2f9ddb8c2226d20c5ef81edf23f487
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	244.000.000	29-11-2019	10:34:03.960
		Código Verificador:	f980d977df7fa169c9adf28e152739c0
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	245.000.000	29-11-2019	10:33:57.124
		Código Verificador:	bb6f580e9d69156b98acd81fb3096a1c
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	245.000.000	29-11-2019	10:33:58.775
		Código Verificador:	5be658f54b38fff0da455525c417313
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	247.000.000	29-11-2019	10:33:48.951
		Código Verificador:	687108e8a892a503dad750c23b27ec91
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	247.000.000	29-11-2019	10:33:49.143
		Código Verificador:	14bbbac125a38c6e1dba01c19afc103e
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	248.000.000	29-11-2019	10:33:38.547
		Código Verificador:	b13c1737ef4fdc418566010f8307c872
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	248.000.000	29-11-2019	10:33:40.140
		Código Verificador:	c498872ce9d7753b3a5f317f40aa7ef0
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	249.000.000	29-11-2019	10:33:25.266
		Código Verificador:	bcd5a435fc22773f1ef061ee36c3db4d
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	250.000.000	29-11-2019	10:33:25.092
		Código Verificador:	319be1e8dbacd4a55c603e99ea985193
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	251.000.000	29-11-2019	10:33:26.514
		Código Verificador:	b08281a7b1b0656756527a4e9f7c5726
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	252.000.000	29-11-2019	10:33:05.933
		Código Verificador:	d5f64fbcfaef5a8e553ba54b34aea41c
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	253.000.000	29-11-2019	10:33:04.824
		Código Verificador:	

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	014d588960274c0be08e47d5ca71dad6	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	253.000.000	29-11-2019	10:33:10.538	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a51f0a3dedf2f8f35011ca5b7d6fc77	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	254.000.000	29-11-2019	10:33:00.862	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1de5f2897ad75bbcc74ef06608cb9d23	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	255.000.000	29-11-2019	10:32:55.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3edd7a6ec2c934b78084ecf829a83d75	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	258.000.000	29-11-2019	10:32:53.237	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44d230a9daeb6d209758f36af8144034	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	259.000.000	29-11-2019	10:32:44.223	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a75c42a0d97a69acc4abe5e0bdfa332	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	260.000.000	29-11-2019	10:32:41.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74a41887c6d620d4106da1112b925e0e	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	264.000.000	29-11-2019	10:32:24.041	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d29973eba0cc57f6b4f2abbcfd729d7e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	265.000.000	29-11-2019	10:32:16.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aef646e09f8d3041dc81193fc894d4ad	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	269.000.000	29-11-2019	10:32:04.762	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	925018641e7fb0403d8011e624593ffa	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	269.000.000	29-11-2019	10:32:05.172	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2a148b03c125be524bef68b0a7168ab	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	270.000.000	29-11-2019	10:31:49.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44647fc3849b7dfd5a33b67b114ffda2	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	274.000.000	29-11-2019	10:31:41.600	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d85900e5af3f813d9fe95ef92004f918	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	275.000.000	29-11-2019	10:31:33.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17eca08053e4a0c3311d8f7385ba37b5	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	277.000.000	29-11-2019	10:31:30.962	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	816749c01d8af0b7127493d276582fb0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	279.000.000	29-11-2019	10:31:15.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b98b98ccc69464692c475d2d0ef86a49	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	280.000.000	29-11-2019	10:31:11.007	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbfe060289d132c42bbea31bb29b12a6	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	281.000.000	29-11-2019	10:31:14.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71c03ab96156c9aa2654c48867ab346a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	283.000.000	29-11-2019	10:30:47.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0939515607c5c85dae86b0f693276fc	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	285.000.000	29-11-2019	10:30:43.792	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f46921f277d247dc2b913e7f3c8125a8	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	288.000.000	29-11-2019	10:30:48.649	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c83dd940d9b970d9f808780390a039df	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	289.000.000	29-11-2019	10:30:34.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	631541b88fa4f48ed1e8c0b5093e9f5d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	290.000.000	29-11-2019	10:30:27.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92d5e4bef304818b6b38712e61c2a6df	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	292.000.000	29-11-2019	10:30:38.906	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	073e19c4a30fd3909bee6b33cf382613	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	293.000.000	29-11-2019	10:30:15.158	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f44feee9d1349d948e67d157800ceb43	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	293.000.000	29-11-2019	10:30:19.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69c698d49b076434d5d4a5c54f0d2dbd	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	295.000.000	29-11-2019	10:29:58.896	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdccb3fab2ef642da321b152e9d3a988	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	307.000.000	29-11-2019	10:29:58.324	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9badf227adc7d9c9ff849f2005de8ac51	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	309.000.000	29-11-2019	10:29:48.203	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bffca8fdf0c1bdd369af6f0831e115bc	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	310.000.000	29-11-2019	10:29:32.420	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	7f1088e6a766a8a40324a6676a6dad65	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	319.000.000	29-11-2019	10:29:21.104	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b2fd772d72586a92ec8b734775d1759	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	320.000.000	29-11-2019	10:28:53.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a92b4d45f06b3f65830f4fe08a6c87ca	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	343.500.000	29-11-2019	08:02:37.484	Propuesta
		Código Verificador:	28614c7cc3c720b8f47bd634ea9f4e9e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	346.000.000	29-11-2019	10:22:29.880	Etapas de Puja
		Código Verificador:	f3127b311b4ff3552290fc337bc70792	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	346.400.000	29-11-2019	08:02:37.479	Propuesta
		Código Verificador:	cc7ef53d7123b818263edbf959ac3862	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	430.000.000	29-11-2019	08:02:37.499	Propuesta
		Código Verificador:	08c57a34ac95cf3cf97232282116e50c	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	838.117.200	29-11-2019	10:29:51.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bf9faa130146e2574534cfe993bb3d4	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	1.341.059.200	29-11-2019	08:02:37.490	Propuesta
		Código Verificador:	d10ecce35f40bb2c382083409039d998	

8 - VENTILADOR DE TRASLADO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	350.000.000	29-11-2019	10:53:19.409	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4590a5c04342e95d08e4f3f0bcefc45	
V & V S.A - 80038216-1	351.000.000	29-11-2019	10:53:14.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ecb745c2802755b4e2edf75a1ed3124	
V & V S.A - 80038216-1	353.000.000	29-11-2019	10:53:08.700	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88311a1c872b950fb49d101a3e37331d	
V & V S.A - 80038216-1	355.000.000	29-11-2019	10:53:04.313	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6757d27166f9230d8e55749d3089d28	
V & V S.A - 80038216-1	358.000.000	29-11-2019	10:52:58.995	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be6a3a25993a714174aca67d8648ddd0	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	358.000.000	29-11-2019	10:53:11.837	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9f03118f50307760509c612c12755d2	
V & V S.A - 80038216-1	359.000.000	29-11-2019	10:52:53.169	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95c7ef000c17d73a8ee29cdf00d9bccc	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	360.000.000	29-11-2019	10:52:44.340	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ab66567c89d868b95403ce07d0eb043	
V & V S.A - 80038216-1	362.000.000	29-11-2019	10:52:47.606	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db58da693cc40a073c47dbdc8496ec2f	
V & V S.A - 80038216-1	363.000.000	29-11-2019	10:52:42.701	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	770272b52ce4af079ea8c587d9fa8f14	
MAKRI S.A. - 80029237-5	364.000.000	29-11-2019	10:52:48.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14d42f0bb5f3dbb4648b63696104af35	
V & V S.A - 80038216-1	365.000.000	29-11-2019	10:52:37.588	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccd42969ea7b38e882b345e7e39230dc	
V & V S.A - 80038216-1	370.000.000	29-11-2019	10:52:32.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5334ac54f0f32cdd251f2e6fa834c6a8	
MAKRI S.A. - 80029237-5	374.000.000	29-11-2019	10:52:37.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d323998e8428d05694b64aaf3be37268	
V & V S.A - 80038216-1	375.000.000	29-11-2019	10:52:27.944	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4668a32623557d1d535b90f931585170	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	375.000.000	29-11-2019	10:52:31.882	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf09abb8c3f4810a2cb3ef6783c5b0c7	
V & V S.A - 80038216-1	379.000.000	29-11-2019	10:52:23.068	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce573699742387f4ebc2f09799f8874d	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	380.000.000	29-11-2019	10:52:16.084	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	093b619b2e1f25f2d66294e23baeb472	
V & V S.A - 80038216-1	389.000.000	29-11-2019	10:52:18.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbf5f98fab16e43c3c05f70044e6cde4	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	399.000.000	29-11-2019	10:52:11.632	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa5c10695bcc51e98975149509c6bdd8	
MAKRI S.A. - 80029237-5	400.000.000	29-11-2019	10:52:03.163	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	049bc4f28a1d5fc17532e1d663a8041f	
V & V S.A - 80038216-1	415.000.000	29-11-2019	10:52:06.297	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5568ceb07761631bd8615035ada6d55	
V & V S.A - 80038216-1	420.000.000	29-11-2019	10:52:01.720	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4e55eb20c59733c8b1c70440534aefb	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	420.000.000	29-11-2019	10:52:07.359	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e7a8c10022120f76c605ee77db829bc	
V & V S.A - 80038216-1	422.000.000	29-11-2019	10:51:56.794	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02521d908000ad590aa21ae82865ea21	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	423.000.000	29-11-2019	10:52:00.728	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	508184b607fa36050932fd807be6d854	
V & V S.A - 80038216-1	425.000.000	29-11-2019	10:51:51.035	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e11c57d368257c32f50827ac5964fee	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	428.000.000	29-11-2019	10:51:54.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d31ea8c56287116f89f06c5aff1d7ba	
V & V S.A - 80038216-1	430.000.000	29-11-2019	10:51:45.535	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	904bdb27052f5a7a7a23e8710a4ee4d4	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	430.000.000	29-11-2019	10:51:48.907	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0948b438902655431ce322e7ebcc4d8	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	433.000.000	29-11-2019	10:51:39.755	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a143da2237b1d236aa73c2c1389a9fda	
V & V S.A - 80038216-1	434.000.000	29-11-2019	10:51:40.305	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9a76c297928e39e3714f785a548cb7e	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	435.000.000	29-11-2019	10:51:33.920	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7420748c2abed14f44ecb19d1674081	
V & V S.A - 80038216-1	438.000.000	29-11-2019	10:51:32.506	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a4a81fde029de429c80c51027e4fca7	
V & V S.A - 80038216-1	440.000.000	29-11-2019	10:51:26.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8c282d54a63ff6c0a5c589c5d8cec8a	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	440.000.000	29-11-2019	10:51:27.187	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3dd305b888dbf07051f0f7677ab58f1	
V & V S.A - 80038216-1	443.000.000	29-11-2019	10:51:22.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5a27b842a5fbc5bedbcd59751354daa	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	443.000.000	29-11-2019	10:51:23.275	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	116336d5720ff2b0ecc36538e730ed1f	
V & V S.A - 80038216-1	445.000.000	29-11-2019	10:51:17.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0463b4172f10b05e845ce143d9623112	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	446.000.000	29-11-2019	10:51:18.194	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db7317fde71edad572ec476c80607f1b	
V & V S.A - 80038216-1	448.000.000	29-11-2019	10:51:10.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33a0cf6e8eab437fe547d698bf946fe2	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	448.000.000	29-11-2019	10:51:12.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0639189c58fd9ca29408a7c4311ea7bb	
V & V S.A - 80038216-1	450.000.000	29-11-2019	10:51:04.727	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3598dce9c438e3f051546e8983a0d68e	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	453.000.000	29-11-2019	10:51:07.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5aa2df16c8b900748fd01dedf53bf2fc	
V & V S.A - 80038216-1	455.000.000	29-11-2019	10:50:56.319	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96795a0234cb48a3c154fe3fd549fd2	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	455.000.000	29-11-2019	10:50:59.781	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5898eb4ce2d0490bdf882fa6312cd284	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	458.000.000	29-11-2019	10:50:54.110	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0329e12d3599d1bc185798232efc1e7	
V & V S.A - 80038216-1	459.000.000	29-11-2019	10:50:51.550	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ceb29faf708ae3a3cc0572472edd0a05	

Listado General de todas las Ofertas

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	460.000.000	29-11-2019	10:50:45.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e620c63cdf1f11dd04ea99e550cbf21	
V & V S.A - 80038216-1	461.000.000	29-11-2019	10:50:46.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07a81627fb92d518b266d819e4102c3f	
V & V S.A - 80038216-1	463.000.000	29-11-2019	10:50:39.971	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	484baeccde1e0a9475da14326e9b2e5a	
V & V S.A - 80038216-1	465.000.000	29-11-2019	10:50:35.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7b4e0b62ac963699c52529f2de85adc	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	465.000.000	29-11-2019	10:50:38.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b58ddb49696609c4c080bffd5020a4c	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	468.000.000	29-11-2019	10:50:34.222	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3833c45702551f351be51bfab9871c85	
V & V S.A - 80038216-1	468.500.000	29-11-2019	10:50:30.847	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e004bf0c33d8cd14e3b2861f3d4403c1	
V & V S.A - 80038216-1	470.000.000	29-11-2019	10:50:23.024	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f20720a76b8f9911e02dfe2e6fe4788	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	470.000.000	29-11-2019	10:50:28.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73bd4df51300f6b60a8d77e8e5764815	
V & V S.A - 80038216-1	473.000.000	29-11-2019	10:50:17.459	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	136946dfc37bce60aef0ecdbe6ed389	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	474.000.000	29-11-2019	10:50:20.945	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f523b312240dee83b4e15a355e92f0b2	
V & V S.A - 80038216-1	475.000.000	29-11-2019	10:50:11.778	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dad8e34ce0d3922ba93dd9efba2bcae0	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	476.000.000	29-11-2019	10:50:15.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60ac951fc697f90354507ba6aa2b7aba	
V & V S.A - 80038216-1	478.000.000	29-11-2019	10:50:04.173	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b74a79ebac2707dc49086ff5e9fbad5	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	478.000.000	29-11-2019	10:50:06.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ec8567d0bb6fe57d3b9c5ef29abef5a	
V & V S.A - 80038216-1	479.500.000	29-11-2019	10:49:59.437	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3146d20e072573ca090c16372270b86	
MAKRI S.A. - 80029237-5	480.000.000	29-11-2019	10:49:55.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ad3dcdbc53ca3cb820e8cb1968ba72a	
V & V S.A - 80038216-1	483.000.000	29-11-2019	10:49:54.887	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfce19b39f2dbda476bae3266ccd5f6a	
V & V S.A - 80038216-1	485.000.000	29-11-2019	10:49:49.450	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a564635c1a37cd7296182d6159692329	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	485.000.000	29-11-2019	10:49:59.088	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c14c419aa51b753eaf6c6331b284d93	
V & V S.A - 80038216-1	489.000.000	29-11-2019	10:49:45.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eedd45ddd197b5555e9569b9b6fa843a	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	489.000.000	29-11-2019	10:49:48.572	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97ec1f43bd9cb5493a7b2eeee0209f5c	
V & V S.A - 80038216-1	490.000.000	29-11-2019	10:49:41.457	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a951baf642a2f7faba8ec537e4dfb8	
MAKRI S.A. - 80029237-5	491.000.000	29-11-2019	10:49:37.677	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4704cb9c94fc9f4e4beb6b17b185062e	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	495.000.000	29-11-2019	10:49:28.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d66495f59b35b9058d759b718c8b693e	
V & V S.A - 80038216-1	495.000.000	29-11-2019	10:49:37.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5031aec7d757d7d39fd08143e11fd27	
V & V S.A - 80038216-1	498.000.000	29-11-2019	10:49:33.029	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f0449e2e56cb50833a3f949f3dc2adc	
V & V S.A - 80038216-1	499.500.000	29-11-2019	10:49:28.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	657db4ae19a1865bf4f7ba23f9a7917c	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	500.000.000	29-11-2019	10:49:21.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0413f1e2ac38d86159606b808a36e117	

Listado General de todas las Ofertas

MAKRI S.A. - 80029237-5	500.000.000	29-11-2019	10:49:24.277	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94e37476549b64f544a0996ba7c094c4	
V & V S.A - 80038216-1	502.000.000	29-11-2019	10:49:22.880	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b6a2ea97b90c7ba39c68c731be512aa	
V & V S.A - 80038216-1	504.000.000	29-11-2019	10:49:18.463	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdfa7bb646a5ac7374a9298caa1067c5	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	505.000.000	29-11-2019	10:49:16.303	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9463ad6d161a5f8dc522fe257be3306c	
V & V S.A - 80038216-1	508.000.000	29-11-2019	10:49:14.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efa96ebbd053d48ca30ea3323829a26c	
V & V S.A - 80038216-1	509.500.000	29-11-2019	10:49:10.024	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01731a25a03153bdbb38f964c2b646a0	
MAKRI S.A. - 80029237-5	510.000.000	29-11-2019	10:49:03.033	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4327bb002ffaf2ff12ddb2fd8cb0928a	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	520.000.000	29-11-2019	10:49:07.144	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6107137daf4ab477cf57ea26262188ea	
V & V S.A - 80038216-1	522.000.000	29-11-2019	10:49:05.702	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d1028b61630b8cda3a13ddb4c7fc3aa	
V & V S.A - 80038216-1	525.000.000	29-11-2019	10:48:59.510	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba37bb3f063b304737b28621901f97ee	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	525.000.000	29-11-2019	10:49:01.417	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	697d4bd6e6e0cf532f2921f011ec7299	
V & V S.A - 80038216-1	528.000.000	29-11-2019	10:48:55.205	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85371a1473bfa0626bb6eabdcf76fa17	
V & V S.A - 80038216-1	529.000.000	29-11-2019	10:48:50.629	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c99b621f205b590af0302273a8e30a33	
MAKRI S.A. - 80029237-5	530.000.000	29-11-2019	10:48:45.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8042838f1019b8b5fb9b51d11afa6cf0	
V & V S.A - 80038216-1	544.000.000	29-11-2019	10:48:45.926	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68b38854b14832441f2486b8ec3ab0d3	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	544.000.000	29-11-2019	10:48:51.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0166e91d8fb74a43fd402108ac3a785	
V & V S.A - 80038216-1	545.000.000	29-11-2019	10:48:41.078	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b141da253e8fa755a340be5beeb9c2c	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	546.000.000	29-11-2019	10:48:44.995	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2bcadc0966c6e22dfb21ad282c4db84	
V & V S.A - 80038216-1	548.000.000	29-11-2019	10:48:36.533	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdc5ccee5fdcb93025341255ebfdd42d	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	548.000.000	29-11-2019	10:48:40.351	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdd3623da9877e95361677780e80b43d	
V & V S.A - 80038216-1	549.500.000	29-11-2019	10:48:32.120	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd55239823fd674fd12fb26e329ed6fc	
MAKRI S.A. - 80029237-5	550.000.000	29-11-2019	10:48:25.482	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ca1bce56fe768fc27db3a9e0eeaf09	
V & V S.A - 80038216-1	579.500.000	29-11-2019	10:48:25.419	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79d01d3f24b09a55f5dea76f510a011e	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	580.000.000	29-11-2019	10:48:30.710	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75aed0bc2765225434860b94f42a3ce8	
V & V S.A - 80038216-1	581.000.000	29-11-2019	10:48:20.664	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c819ff9464642926f1396a5cbb8517c	
V & V S.A - 80038216-1	583.000.000	29-11-2019	10:48:16.151	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4031864d0c0ddd73bfa44bf5cf9bbf36	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	583.000.000	29-11-2019	10:48:18.353	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e10717d5a04f9fa7318ffe92fa8ffba	
V & V S.A - 80038216-1	584.000.000	29-11-2019	10:48:11.848	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35ac37724a5b49f3bd2a2ea21512c014	
V & V S.A - 80038216-1	585.000.000	29-11-2019	10:48:06.598	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ef8b37564954dfc6eb328995f7c29be	

Listado General de todas las Ofertas

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	590.000.000	29-11-2019	10:47:55.923	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bf21da9b322245ab4bcd0078a8d86fc	
V & V S.A - 80038216-1	592.000.000	29-11-2019	10:48:02.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33fd74a6b55cac14452d7f69a13ea46f	
MAKRI S.A. - 80029237-5	592.800.000	29-11-2019	08:02:37.762	Propuesta
		Código Verificador:	c32e793835d0452b785c1e925fa32c61	
V & V S.A - 80038216-1	711.360.000	29-11-2019	08:02:37.760	Propuesta
		Código Verificador:	9ca4db2753768be501e2dbb7d15570e7	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	711.360.000	29-11-2019	08:02:37.770	Propuesta
		Código Verificador:	b5dba00c9c6bf6590e2933b6086b2c34	

9 - VENTILADOR PULMONAR

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.530.000.000	29-11-2019	11:11:06.413	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d2195c11238f78fe62d8b17d88f77b8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.560.000.000	29-11-2019	11:10:29.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	406b50164ce3bbf3bd45eab6f5530b82	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.600.000.000	29-11-2019	11:10:08.392	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40de97670b4439389856688190a7aa64	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.660.000.000	29-11-2019	11:09:44.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22f3886601150acd77d9074526eb472c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.680.000.000	29-11-2019	11:09:31.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02e5a0596b8151609d6c12ee596bc230	
MAKRI S.A. - 80029237-5	3.699.000.000	29-11-2019	11:10:56.627	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76ecb82665762a8bd597d81f0d3158ec	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.700.000.000	29-11-2019	11:09:15.120	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15714a93f9dc4f3af02c8e91215328e5	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.700.000.000	29-11-2019	11:09:25.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea16720064c05c6d3edd9c56bc0a9eca	
MAKRI S.A. - 80029237-5	3.719.000.000	29-11-2019	11:10:11.480	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8f5ed1b6567c82c7b4efcb4df8d465d	
V & V S.A - 80038216-1	3.720.000.000	29-11-2019	11:08:44.561	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81e291aec5d8eda908f2e9b44d216b3f	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.720.000.000	29-11-2019	11:09:09.591	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2442440000449bbf30650218233dd098	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.730.000.000	29-11-2019	11:08:49.670	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26a26797f8e490bb185ef771854a79a5	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.750.000.000	29-11-2019	11:08:36.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef5260415a675318cd9b6b4bc5d0611f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.790.000.000	29-11-2019	11:08:38.664	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8aaf492895efd6fd7d0f440a1179e9c2	
V & V S.A - 80038216-1	3.790.000.000	29-11-2019	11:08:39.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f7cea6e39f7319f896ad0572302d9e7	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.800.000.000	29-11-2019	11:08:28.138	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7cc91ef7716da51e8002fd9d1a6b7d14	
V & V S.A - 80038216-1	3.850.000.000	29-11-2019	11:08:32.874	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56f8355bba498ddd93a48a5dc2eae0f	
V & V S.A - 80038216-1	3.895.000.000	29-11-2019	11:08:25.996	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f4c26107967b168a11e7a529aba6c11	
V & V S.A - 80038216-1	3.900.000.000	29-11-2019	11:08:18.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62cb3b1dcf5cc7c8ab5de6c159da715c	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.900.000.000	29-11-2019	11:08:20.481	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ee160fb4743fdb9cbc7a50f02309d65	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.930.000.000	29-11-2019	11:08:25.855	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cce47a5e70572061f91c2494bdf4329f	
V & V S.A - 80038216-1	3.950.000.000	29-11-2019	11:08:14.162	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	693f9d622208be78aa955e19f8aefd2d	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.980.000.000	29-11-2019	11:08:13.429	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	2b6bbdf4cfff9e6757972e7b0ed9d61
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	3.990.000.000	29-11-2019	11:10:23.708 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da73f1ddd3c1fe0e1184db04a60d1ed8
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.999.000.000	29-11-2019	11:08:16.038 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a83b7f37e6646762b2a33f196ec8b84
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.000.000.000	29-11-2019	11:08:00.218 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1424daf73ac2f717ae3eb305cfcaa78a
MAKRI S.A. - 80029237-5	4.000.000.000	29-11-2019	11:08:40.144 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e5069c5be98460eb8b994b6073bd92a
V & V S.A - 80038216-1	4.085.000.000	29-11-2019	11:08:04.743 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb0c358d2b0ab42078d476ad2e0da279
V & V S.A - 80038216-1	4.100.000.000	29-11-2019	11:07:59.185 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	499aec9d835054ebc169e586991911e
MAKRI S.A. - 80029237-5	4.100.000.000	29-11-2019	11:08:23.596 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88650ccc72d76f2fe3cf53be7377c647
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	4.100.000.000	29-11-2019	11:08:26.048 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f3e01f155f2fc534068e3ab6e81a868
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.115.000.000	29-11-2019	11:07:57.413 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65ca64c98e3a338168eecd6f0134a0
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.130.000.000	29-11-2019	11:07:45.387 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2ae3bb6e5e02d082727c63ba3b64e0d
V & V S.A - 80038216-1	4.135.000.000	29-11-2019	11:07:53.085 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa8511ab67a39fa739db23a119456b77
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.150.000.000	29-11-2019	11:07:40.525 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96556d60b102d9af793591b5097e442f
V & V S.A - 80038216-1	4.185.000.000	29-11-2019	11:07:43.443 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c586e6063c6e32b1c6e4d67b141a0452
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.190.000.000	29-11-2019	11:07:35.646 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a5231b187d4f6386cf8c38cfd3f18b
V & V S.A - 80038216-1	4.195.000.000	29-11-2019	11:07:37.340 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05841d87d0c5f2c2f2358b737eb3ec7
V & V S.A - 80038216-1	4.200.000.000	29-11-2019	11:07:29.044 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85d7cbe251e86d55f43f34cf8c1feb0f
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.240.000.000	29-11-2019	11:07:31.548 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c58979bd999b997749a62003b8b0802d
V & V S.A - 80038216-1	4.250.000.000	29-11-2019	11:07:21.945 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59d80f9a0396b0936f2b1d754bbd6a8c
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.290.000.000	29-11-2019	11:07:25.453 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e04b1b3d18c74355ec913c9246275b0d
V & V S.A - 80038216-1	4.300.000.000	29-11-2019	11:07:15.828 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f8106e1281b21c769647d20a8ef60fa
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	4.300.000.000	29-11-2019	11:07:54.823 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d335b57c95584639112df3d1d5e745d7
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.330.000.000	29-11-2019	11:07:18.782 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b762b76c72927bb7b76c2c932b7ecf20
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.330.000.000	29-11-2019	11:07:22.134 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfc692fdc7c52acda4d6a589549b3d23
V & V S.A - 80038216-1	4.350.000.000	29-11-2019	11:07:10.274 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba62d1997127a803b49d9ebb5e53c7f2
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.380.000.000	29-11-2019	11:07:10.889 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18bac9ad9e008caf093869f78245d782
V & V S.A - 80038216-1	4.395.000.000	29-11-2019	11:07:04.164 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4a8b0ebe5d6642e739262456b241a36
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.400.000.000	29-11-2019	11:06:53.659 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2aa16e2310ccf1e120ba9fd954cef1a5

Listado General de todas las Ofertas

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.480.000.000	29-11-2019	11:07:00.291	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0cf57a4dfc920ac0057e6c1a651121f	
V & V S.A - 80038216-1	4.495.000.000	29-11-2019	11:06:57.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	471a0683506fb430531b1c5c8d0a77c6	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	4.500.000.000	29-11-2019	11:06:40.793	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73627e6d551a0e094c5b5fac98339b1a	
V & V S.A - 80038216-1	4.650.000.000	29-11-2019	11:06:49.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2c4a1c6f9e74a290055c8095f66b293	
V & V S.A - 80038216-1	4.675.000.000	29-11-2019	11:06:42.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb9f7f86ab4a4ac0ce28109365864b8b	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.680.000.000	29-11-2019	11:06:42.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b60025f8179e6c9c18ac2f94d13c70bd	
V & V S.A - 80038216-1	4.685.000.000	29-11-2019	11:06:33.915	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4173701550f32b26f6c897fab85ebcd	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.690.000.000	29-11-2019	11:06:33.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a66ae7b968debad916d4407994529f10	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.699.000.000	29-11-2019	11:06:34.995	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b861a582069fa0bd1d626a87be2b34b	
V & V S.A - 80038216-1	4.700.000.000	29-11-2019	11:06:23.779	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a622d26cd22d5c2976ae45109f8bca0	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	4.700.000.000	29-11-2019	11:06:28.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f95d3d4e4b420a03e30e69dee59273a4	
MAKRI S.A. - 80029237-5	4.700.000.000	29-11-2019	11:08:03.287	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c17065dcd330795b7970d554fe187fa	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.740.000.000	29-11-2019	11:06:25.505	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90b00dcdf2b2bb75fdec40f61dc4827	
V & V S.A - 80038216-1	4.750.000.000	29-11-2019	11:06:11.740	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7c3962be8e96819130956bc3097770b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.750.000.000	29-11-2019	11:06:19.028	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14e59aea41b7a34da1a2e4c9c162fd91	
V & V S.A - 80038216-1	4.800.000.000	29-11-2019	11:06:04.005	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74485fccde9392414dbf4d5862e7315b	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.940.000.000	29-11-2019	11:06:19.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e911cd6364dddebaca66c18cc0f1a9de	
V & V S.A - 80038216-1	4.950.000.000	29-11-2019	11:05:58.036	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc34736fcd565a3a4bdbccd24919ed6a	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	5.000.000.000	29-11-2019	11:05:49.362	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b6c24fff4c3da4808da5ceb710d80f0	
V & V S.A - 80038216-1	5.200.000.000	29-11-2019	11:05:50.444	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aebd7ffdec902888f95b2c72d16da8d4	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	5.240.000.000	29-11-2019	11:05:56.394	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9dbd005e27d67ebe2d9499eac118274	
V & V S.A - 80038216-1	5.250.000.000	29-11-2019	11:05:45.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1914e6e846d6bfa8e926ee8ca8d3be4	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	5.290.000.000	29-11-2019	11:05:47.237	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85cd6f0d5f78b61e85471a2ffda711cc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.299.000.000	29-11-2019	11:05:52.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f16391ba77eaa476ed04c739cbd18df9	
MAKRI S.A. - 80029237-5	5.300.000.000	29-11-2019	11:05:33.689	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7eb46cf3848d0dc521122247593a16a	
V & V S.A - 80038216-1	5.350.000.000	29-11-2019	11:05:35.075	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3ef9a9edf3c151a568324c6e493c220	
V & V S.A - 80038216-1	5.400.000.000	29-11-2019	11:05:28.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d04b3a6a28e72c680618091699be8567	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	5.440.000.000	29-11-2019	11:05:35.741	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	295b313e4b6d2d0f9182aff30d2f5655	
V & V S.A. - 80038216-1	5.450.000.000	29-11-2019	11:05:21.734	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0888e91a90e102ca25fe97b6f62bd2bf	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	5.500.000.000	29-11-2019	11:05:09.712	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c34ddcbfa8c75d9ad3855fdaac5cfa78	
IMESE S.A. - 80016426-1	5.890.000.000	29-11-2019	11:09:44.229	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f06f37a16aebafe387b6be347131ad2	
MAKRI S.A. - 80029237-5	5.900.000.000	29-11-2019	11:05:24.210	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07bda7affdfb4ef8263d0adc184f747a	
V & V S.A. - 80038216-1	5.914.000.000	29-11-2019	11:05:11.540	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	030f437e5f91081bf27fd88ed588e504	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.915.000.000	29-11-2019	11:05:02.955	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdaa869411f87d033cd83308866dd920	
V & V S.A. - 80038216-1	5.919.000.000	29-11-2019	11:05:02.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ed75445b67b2dc0ee472b0c6e7b77f0	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	5.920.000.000	29-11-2019	11:04:36.733	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e86c5fc0833a171542e0ddf76a884ca6	
V & V S.A. - 80038216-1	5.925.000.000	29-11-2019	11:04:51.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00332dcfc5221716cd3e86df2c75604d	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	5.926.063.323	29-11-2019	08:02:38.140	Propuesta
		Código Verificador:	2fc36431dd9b601cc15639a831fbaf58	
MAKRI S.A. - 80029237-5	5.926.063.323	29-11-2019	08:02:38.142	Propuesta
		Código Verificador:	14ba55757a62b6c3d8dd1eb2b2baa33b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	6.200.000.000	29-11-2019	08:02:38.148	Propuesta
		Código Verificador:	a194042033bd7b92191362f3f0423b64	
IMESE S.A. - 80016426-1	6.200.000.000	29-11-2019	08:02:38.151	Propuesta
		Código Verificador:	95a64a405755e1d9407e336e16311fb1	
V & V S.A. - 80038216-1	7.111.276.000	29-11-2019	08:02:38.137	Propuesta
		Código Verificador:	a87114515b0f6e0140c67299a575c792	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	7.111.276.000	29-11-2019	08:02:38.146	Propuesta
		Código Verificador:	e761b0f74511e467154fd6d9cb9ec4db	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.692.030.000	29-11-2019	08:02:38.149	Propuesta
		Código Verificador:	2447992ea7be47faacbf814077f1e356	

10 - EQUIPO DE RAYOS X MOVIL DIGITAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.869.000.000	29-11-2019	11:31:11.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	091836980de6126a1247b2ab95e27be3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.872.000.000	29-11-2019	11:30:45.745	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a15856c9f76cd941050885e01d010157	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.875.000.000	29-11-2019	11:30:17.080	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbe0647ccb41dead8d8d4b6e09a4c600	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.880.000.000	29-11-2019	11:30:02.951	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9caaba85333af0743d745673db07becf	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	1.885.000.000	29-11-2019	11:30:06.525	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1deea34dc0507428f7b7f3ed07bf7be	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.889.000.000	29-11-2019	11:29:49.146	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bf8a8245557e8200e10925b6a3af286	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	1.895.000.000	29-11-2019	11:29:42.429	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33836b7bc23e85167992621197275918	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.897.000.000	29-11-2019	11:29:38.739	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce2b51e210c0aef17716b6a090a20904	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.905.000.000	29-11-2019	11:29:23.533	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec64bc00145bc6f9d90b4c364a4abff2	

Listado General de todas las Ofertas

ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	1.915.000.000	29-11-2019	11:29:23.070	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7187ea991c60a1ce09fb702cc42ea6a4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.920.000.000	29-11-2019	11:29:10.226	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b2073d2cdf02cb7987682e400d8e711	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	1.930.000.000	29-11-2019	11:29:10.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	829f5c03c1451954340794d6883768b4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.935.000.000	29-11-2019	11:28:59.032	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00d9bc5687d4ddd72773e2d50d45c75	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	1.940.000.000	29-11-2019	11:28:52.442	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbbec8484e22e8f64c6693a65509eb53	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.945.000.000	29-11-2019	11:28:36.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea37c6b1d2e14ce323b09e9d38aea6dd	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	1.965.000.000	29-11-2019	11:28:40.887	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77908050d9a42031c5e1720cdc319471	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.975.000.000	29-11-2019	11:28:18.529	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e59353680be51b799cba3f881952891	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.000.000.000	29-11-2019	11:28:37.447	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a8d06cfacbf38754f7d7d8b2084afec	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	2.005.000.000	29-11-2019	11:28:10.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7767584ac071f5854327cc54899086d	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.005.000.000	29-11-2019	11:28:14.923	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de2639beb9c93dfcc88a38d606307105	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.010.000.000	29-11-2019	11:27:49.979	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0621a34336a549fe476d14c321524c92	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.038.000.000	29-11-2019	11:28:04.220	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6865d00fbb576006e3e051aed595452f	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.080.000.000	29-11-2019	11:27:33.119	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b11b15b299ad95b131e97bedaab2ba4	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	2.090.000.000	29-11-2019	11:27:29.974	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c701718f03959f73bc781315c824c31f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.100.000.000	29-11-2019	11:27:12.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99a1d1d1c5cace8d2999d1366c13ff4c	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.180.000.000	29-11-2019	11:27:05.200	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	063f86bba0d1a4a47e1b76a4cdee93f0	
DEZETA S.A - 80019208-7	2.182.000.000	29-11-2019	11:30:04.994	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4cc6e8e1dab0dc393399b5608024a60	
DEZETA S.A - 80019208-7	2.185.000.000	29-11-2019	11:28:56.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5049e1f94cc817141604323a90519ede	
Consorcio Sumi - 80109965-0	2.186.500.000	29-11-2019	11:27:43.303	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2bf687b256603a5849d69db9ffdec1ba	
DEZETA S.A - 80019208-7	2.245.000.000	29-11-2019	11:28:08.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9bd6f2e8879797da879fdabf924a3dc	
DEZETA S.A - 80019208-7	2.249.000.000	29-11-2019	11:27:46.143	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03f3c4fb19c90e97b926c7355e511b97	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	2.250.000.000	29-11-2019	11:26:51.836	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6dd7e71ebef64fdca3e106906697af	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.280.000.000	29-11-2019	11:26:11.637	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	738b77d74b5b051c4d8c9fbd4d5e373c	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	2.295.000.000	29-11-2019	08:02:38.517	Propuesta
		Código Verificador:	910585ce4047d3ba9ad6c07cb5b118b2	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.346.000.000	29-11-2019	08:02:38.515	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	259ca8517a1730c7a36c05f12409313d
DEZETA S.A - 80019208-7	2.348.000.000	29-11-2019	11:26:46.566 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0db405f9dfb41b9932118b6197e05cb
Consortio Sumi - 80109965-0	2.349.000.000	29-11-2019	11:26:28.753 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	224abe0fd746d8b1fbcb0adefcb2d61
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.400.000.000	29-11-2019	08:02:38.519 Propuesta
		Código Verificador:	ef680a3fab46680c02cecb306b1a6c58
DEZETA S.A - 80019208-7	2.490.000.000	29-11-2019	11:26:16.329 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e426aa3356fe0570defd202b31e37fc
Consortio Sumi - 80109965-0	2.573.919.000	29-11-2019	08:02:38.516 Propuesta
		Código Verificador:	ef462f98be243cb114828e563ec52c24
DEZETA S.A - 80019208-7	3.060.000.000	29-11-2019	08:02:38.513 Propuesta
		Código Verificador:	8e538bab8d9e568bce4584a5a23a7ad5
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.120.000.000	29-11-2019	11:27:03.058 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89363ce101dd198162c98cb8f38b02ff
MAKRI S.A. - 80029237-5	3.157.835.400	29-11-2019	08:02:38.518 Propuesta
		Código Verificador:	03729b8449560121d34d01d829f8397e
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.789.402.480	29-11-2019	08:02:38.512 Propuesta
		Código Verificador:	3e8da569249cda771a0bc858a262c716

11 - MÁQUINA DE ANESTESIA PARA RESONANCIA MAGNÉTICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	295.000.000	29-11-2019	11:47:56.505	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1dd561bfd7d167863f12b2eaa144675	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	303.000.000	29-11-2019	11:47:45.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3fe290e8026dea5e6765cf224ce709f3	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	305.000.000	29-11-2019	11:47:34.542	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b42f88ba3e21c9c21ef612ab64aa4dc	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	305.000.000	29-11-2019	11:47:48.071	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30eccc9ef5aefcdf366af9454c54f614	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	310.000.000	29-11-2019	11:47:36.855	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb93f53230d86b74a1edf88aaa2134ff	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	315.000.000	29-11-2019	11:47:20.883	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a69173fd7943fc9337169c8c5e507c3f	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	320.000.000	29-11-2019	11:47:14.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2272a393c42f09c1ff294bb5700ad8e	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	325.000.000	29-11-2019	11:47:14.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf3c110a7f9640a9a8527e496f6a2e4f	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	335.000.000	29-11-2019	11:47:03.002	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd2f5eb47a6afb7d11957b3cc97c5cb	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	335.000.000	29-11-2019	11:47:05.539	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e212b89a0fd346b31be05e319e8f7035	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	350.000.000	29-11-2019	11:46:47.507	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ee4781a9f7665e53037aec3a9aba3f0	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	360.000.000	29-11-2019	11:46:42.176	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f339819af3545ea02a42c050b7483ee	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	370.000.000	29-11-2019	11:46:31.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e355b533faef2e720ab7562e50a14dcc	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	380.000.000	29-11-2019	11:46:19.535	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b91976ebf418e287271c3201bad9d682	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	380.000.000	29-11-2019	11:46:24.747	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	694e4bfcea6da495b698b3bc4956daa5	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	390.000.000	29-11-2019	11:46:11.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e0bef59e2bf261eed6563d3dcb8c157	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	400.000.000	29-11-2019	11:45:55.379	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c495f744db28e4fae1aea424628045d0	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	400.000.000	29-11-2019	11:46:03.344	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80420f3b08ef576a1afbfda5ecebc8db	

Listado General de todas las Ofertas

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	415.000.000	29-11-2019	11:45:39.482	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	937743e1d036003003d1240913d6ef4a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	420.000.000	29-11-2019	11:45:24.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	792e9764c4452198b0fd089f08296b17	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	435.000.000	29-11-2019	11:45:05.496	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7760d0cc00c776a2a029ddc43c66a0a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	440.000.000	29-11-2019	11:44:59.743	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4c5dd0b0054e36ddcdf2d74bd166b0f	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	445.000.000	29-11-2019	11:44:47.532	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1bed568c4369091923761eb0bac57f88	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	450.000.000	29-11-2019	11:44:39.973	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbf7dd2ca07e10896fcaea5a759a6569	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	490.000.000	29-11-2019	11:44:19.169	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c201d6f2f349447b5ae815f10ef1176	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	495.000.000	29-11-2019	11:44:13.901	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3b8235999fd9832291627b1837a7f25	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	500.000.000	29-11-2019	08:02:38.673	Propuesta
		Código Verificador:	13a67d98655b77259954652b60caa59a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	700.000.000	29-11-2019	11:44:27.397	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b279c167bf082990d79fd809ddc00c9d	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	753.748.220	29-11-2019	08:02:38.667	Propuesta
		Código Verificador:	0fb90eb1a7e33b3c45976db62e6ecc32	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	815.304.325	29-11-2019	08:02:38.684	Propuesta
		Código Verificador:	e85a55642cb591b79d1391ac4dc1e48a	

12 - AGITADOR DE PLACAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	96.000.000	29-11-2019	08:02:38.765	Propuesta
		Código Verificador:	1a462a528483165b5e08b1a56fdc61a3	

13 - AGITADOR DE PLAQUETAS CON CÁMARA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	215.000.999	29-11-2019	12:25:04.827	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5f8557df0100963cb548781663dfc3a	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	217.000.000	29-11-2019	12:25:01.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cbace55c530163a847d0b6f41dcc280	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	218.000.999	29-11-2019	12:23:25.341	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba93ad49d484fe6aebdc3524fdd7703f	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	220.000.000	29-11-2019	12:23:15.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6474d8858f49ca3d4709ceaf030f9e4c	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	220.000.999	29-11-2019	12:23:15.256	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	942ead60f468a9a189ccc9f9f40a58ff	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	224.000.999	29-11-2019	12:22:33.891	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71f609cdc5704240efb786da43095f1e	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	229.000.999	29-11-2019	12:22:28.946	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd0ae76b9b9b192a6a4ac5046c89e354	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	231.000.999	29-11-2019	12:22:22.392	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd688ef0dd5c8f159e400c047344de9a	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	232.800.000	29-11-2019	12:22:17.540	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff9936eb17a166f861d1127cd80c3162	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	235.000.999	29-11-2019	12:22:18.315	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96870ee5908ee24bcd1779d64f69faed	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	240.000.999	29-11-2019	12:22:09.935	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb24dd4ceee9871c4b1fb09aacff5379	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	246.960.000	29-11-2019	12:21:58.997	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	1fe5a8fea0d344363ba5c67eef53333e
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	255.000.999	29-11-2019	12:22:03.529
		Código Verificador:	f3bfabdfa1ef8f3310a3b451f364c8fb
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	260.000.999	29-11-2019	12:21:55.732
		Código Verificador:	2ef1022dbd5ca95b6d11d14a50b13459
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	265.000.999	29-11-2019	12:21:50.697
		Código Verificador:	2b84ac22db5221bdf48e280acbfcd527
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	265.140.000	29-11-2019	12:21:33.154
		Código Verificador:	4a01c3dd86eaf1f146c4206fd74f4d4a
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	289.000.999	29-11-2019	12:21:21.848
		Código Verificador:	5e3c872d51c0287bbc7bc95cad62e938
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	290.300.000	29-11-2019	12:21:08.224
		Código Verificador:	db15f028f11b3e47559c94c61a623a6c
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	301.000.999	29-11-2019	12:21:06.888
		Código Verificador:	d455e0c29f2509785818cb268baa9c8e
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	309.000.999	29-11-2019	12:20:55.443
		Código Verificador:	b47ad50d33589db870cc2ecd36a9f28b
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	310.300.000	29-11-2019	12:20:50.851
		Código Verificador:	25668d3f40292ab4f0d16a9981d0c040
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	313.000.999	29-11-2019	12:20:36.713
		Código Verificador:	f4149529e8731196c2c645d4192524a0
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	315.300.000	29-11-2019	12:20:25.264
		Código Verificador:	da673089c057e8c45764f5a5f9e4870d
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	323.000.999	29-11-2019	12:20:13.397
		Código Verificador:	670dceddbbb3d380b0ec80e5075eb106
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	324.000.000	29-11-2019	08:02:38.917
		Código Verificador:	2175cc9722abdf1cf4e03e6f3fc99dda
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	444.200.000	29-11-2019	08:02:38.924
		Código Verificador:	31be438167b97f12e043238f2625480f

14 - AGITADOR DE TUBOS PARA LABORATORIO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	42.400.900	29-11-2019	12:50:17.641	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcae4e4482ac5f71020e38020c746f72	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	44.300.000	29-11-2019	12:50:36.213	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d9f07df7b93eb90f55d0aa8e52d5381	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	44.400.900	29-11-2019	12:50:05.907	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4825314b1ad0e553dcb95274a52b7565	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	44.500.000	29-11-2019	12:49:10.203	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	877ed7ab368e10adb1a7d0f0523b9024	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	44.900.900	29-11-2019	12:48:44.412	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18bc555f48ce086fde6b8e2b7d7f7cc	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	46.200.000	29-11-2019	12:48:31.457	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57579e025743e5ffb28e77e8223b75cd	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	46.900.900	29-11-2019	12:48:35.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e8fa0544fbb3409009018d8f7dd6682	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	49.900.900	29-11-2019	12:48:27.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eea287a87507b16aa65e99336688e2d8	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	50.490.000	29-11-2019	12:48:11.250	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ec09af6d1d0e4dfb09487b66c70379a	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	52.900.900	29-11-2019	12:48:17.616	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	981c74ab2a0d5e5ec0a67b1e19d3d86d	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	59.900.000	29-11-2019	12:47:57.480	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cde0fc61e8ce78d47ea517fc9684ad81	

Listado General de todas las Ofertas

DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	60.720.000	29-11-2019	12:47:37.616	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7898ca78994d2febbcfcc7a531ad5b41	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	67.100.000	29-11-2019	12:47:31.908	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b2a49e14e2ce576540cee4e69377a9a	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	67.650.000	29-11-2019	12:47:15.567	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f693667f9752c570b76797d00aca7a1	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	79.100.000	29-11-2019	12:47:09.315	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3aac0fb7cc41fef205ae5facb35123e3	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	79.200.000	29-11-2019	08:02:39.050	Propuesta
		Código Verificador:	8d7dd92aae1de23104d5f5047817e851	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	110.000.000	29-11-2019	08:02:39.063	Propuesta
		Código Verificador:	b086bb23f36bc022b287e6f05b6fc2e1	

15 - ANDADOR

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.350.000	29-11-2019	12:57:23.452	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ebc9252bd5f1bf55a8542e602fd6c440	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.500.000	29-11-2019	08:02:39.102	Propuesta
		Código Verificador:	538e438881307dc84a334b0b1b7236ab	

16 - TORRE DE ARTROSCOPIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.800.000.000	29-11-2019	13:16:09.909	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	800ba7cea672acbb9a21bd77c9791459	
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.800.000.000	29-11-2019	08:02:39.149	Propuesta
		Código Verificador:	cc5701ce6faa1aa4dbb40e9add113bff	

17 - ASPIRADOR QUIRURGICO PORTATIL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	348.000.000	29-11-2019	13:41:04.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea0458441304154490bec9ce8982844b	
INFOTEC SA - 80021897-3	349.000.000	29-11-2019	13:41:02.962	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ac46e07665c6e8c6c568f2dc1688214	
V & V S.A - 80038216-1	350.000.000	29-11-2019	13:40:58.118	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afbec4dfd4191d58ef840a5e8ab5f9df	
V & V S.A - 80038216-1	355.000.000	29-11-2019	13:40:52.562	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23848eea72ef08f0836baa97d285f955	
INFOTEC SA - 80021897-3	358.000.000	29-11-2019	13:40:57.650	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34283c968c5620687aa733fe340077ff	
V & V S.A - 80038216-1	360.000.000	29-11-2019	13:40:47.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	447890aa0fb46bb271661d16087dd52d	
INFOTEC SA - 80021897-3	360.000.000	29-11-2019	13:40:51.927	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d6f31dec5d9a7dc8352fd505bb662c5	
V & V S.A - 80038216-1	370.000.000	29-11-2019	13:40:42.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f03567f0cbc92d71862a7bd458ab65e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	370.000.000	29-11-2019	13:40:44.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa839bf3c7c53382db23a0a2dcc6d501	
INFOTEC SA - 80021897-3	374.000.000	29-11-2019	13:40:46.287	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9730f48813b38f75b553e1f979e90f8f	
V & V S.A - 80038216-1	375.000.000	29-11-2019	13:40:38.289	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73adc1c8a7904591ad582012a9aebfdb	
INFOTEC SA - 80021897-3	380.000.000	29-11-2019	13:40:28.670	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59fab8e81d2fbc6714554caff5622ca5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	380.000.000	29-11-2019	13:40:32.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc91eea22f7a1ab8c40203cfc7b374e1	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	380.000.000	29-11-2019	13:40:33.215	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e70c9abc062d5a920be196bdec2fecb2	
V & V S.A - 80038216-1	383.000.000	29-11-2019	13:40:28.572	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9a188440d66e8f98fbb4669519eeb15	
V & V S.A - 80038216-1	385.000.000	29-11-2019	13:40:23.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3da81c69b76efa507fc0588bc1bd5f56	
INFOTEC SA - 80021897-3	385.000.000	29-11-2019	13:40:24.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f1bf262e19e3c62a8956b1255ba5b40	
INFOTEC SA - 80021897-3	389.000.000	29-11-2019	13:40:12.118	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f69f1dd1dd7b7cdf91c7450952470e86	
V & V S.A - 80038216-1	389.000.000	29-11-2019	13:40:14.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe5f03a9c78eb421700054713246659b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	390.000.000	29-11-2019	13:40:05.593	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e19d8016037d66a864e92c04918ab4d	
INFOTEC SA - 80021897-3	396.000.000	29-11-2019	13:40:03.611	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93432c71e1e835683a8c85e38f053f5e	
V & V S.A - 80038216-1	397.000.000	29-11-2019	13:40:07.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6aa3f63aa37b0ca4bcae36253ce4d417	
V & V S.A - 80038216-1	399.500.000	29-11-2019	13:40:02.481	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	676e45b3b71991505fae6cbf65ee8887	
INFOTEC SA - 80021897-3	400.000.000	29-11-2019	13:39:54.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58bcbd40355064b1f15c81c58aba65db	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	400.000.000	29-11-2019	13:39:54.697	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2aaadaaeb82df82651b9f1a8394359d	
V & V S.A - 80038216-1	401.000.000	29-11-2019	13:39:57.743	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6aed7657264ea724afd5f7d2fee802a	
V & V S.A - 80038216-1	402.000.000	29-11-2019	13:39:52.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ddad0ab42eda940c8a88291565109a9	
V & V S.A - 80038216-1	404.000.000	29-11-2019	13:39:48.367	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bcfaf1bf85906a24b1aa3885adbc6c02	
INFOTEC SA - 80021897-3	404.000.000	29-11-2019	13:39:48.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b390ce1028d28804da1060a69ec9d414	
V & V S.A - 80038216-1	405.000.000	29-11-2019	13:39:44.007	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c27e0aefb1a772314fb5f63c0a3017a6	
V & V S.A - 80038216-1	409.500.000	29-11-2019	13:39:38.901	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed78cb849ec596646ed8570127d1aad4	
INFOTEC SA - 80021897-3	410.000.000	29-11-2019	13:39:33.712	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01fb21cdb75ae08c4697f4b22c7dba72	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	410.000.000	29-11-2019	13:39:43.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9226e5064de144e28e7b73f889443a5	
V & V S.A - 80038216-1	418.500.000	29-11-2019	13:39:34.235	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83cca4765fcb8bd2dab150d1a3e2a179	
V & V S.A - 80038216-1	420.000.000	29-11-2019	13:39:27.700	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87dcabd86c8d1b9e674a89b59cedf131	
INFOTEC SA - 80021897-3	420.000.000	29-11-2019	13:39:28.022	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8d55a7c11d44ca9716fc2eaf78d5b34	
V & V S.A - 80038216-1	425.000.000	29-11-2019	13:39:22.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5191e303f95416ef7de1dac303eca81	
INFOTEC SA - 80021897-3	428.000.000	29-11-2019	13:39:20.651	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	814245563427883cf51281bece269f68	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	430.000.000	29-11-2019	13:39:13.673	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38e5430b0807a1841657a84e76bb139c	
V & V S.A - 80038216-1	435.000.000	29-11-2019	13:39:17.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d36d9d271ec6b26f11d0a3966246c7c	
V & V S.A - 80038216-1	438.000.000	29-11-2019	13:39:12.574	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03b56e9e13996466be68ada838604094	
INFOTEC SA - 80021897-3	438.000.000	29-11-2019	13:39:16.056	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b3201651a51f75ea96be8fe9c1d1c38	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	440.000.000	29-11-2019	13:39:01.521	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddf258171912aa8d72619cd2cb007905	
INFOTEC SA - 80021897-3	442.000.000	29-11-2019	13:39:06.625	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8b78c56215cab3e8c7d73d58e1fd7e4	
V & V S.A - 80038216-1	445.000.000	29-11-2019	13:38:56.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2569a8011742b87b8552bf6ecd387994	
INFOTEC SA - 80021897-3	448.000.000	29-11-2019	13:38:58.265	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a98fc77663cdc7fa8f643ac8604a3420	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	448.000.000	29-11-2019	13:40:21.365	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	240ee1827696a1e31d2ebf2865d6d96e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	450.000.000	29-11-2019	13:38:46.435	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf6bc33496ff6d8f818bfc57e206ab12	
V & V S.A - 80038216-1	463.000.000	29-11-2019	13:38:51.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	315a84dc016386fac73d03bccabbe9d7	
INFOTEC SA - 80021897-3	465.000.000	29-11-2019	13:38:27.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14e1227cc1a880fa5400cff767167249	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	468.000.000	29-11-2019	13:38:36.735	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	993063d86f9347043bb00a07fc222cc0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	468.160.000	29-11-2019	08:02:39.525	Propuesta
		Código Verificador:	af976d85a14aca13c25af5315e3259cc	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	561.952.000	29-11-2019	08:02:39.528	Propuesta
		Código Verificador:	06d2b47c1c7735d59b6820e89031ecef	
V & V S.A - 80038216-1	561.972.480	29-11-2019	08:02:39.493	Propuesta
		Código Verificador:	194495ac5f41ddaf309d7c8d37b49f73	
INFOTEC SA - 80021897-3	561.972.480	29-11-2019	08:02:39.530	Propuesta
		Código Verificador:	ffa81373ad06b6c95f1fac26b89be2bc	

19 - AUTOCLAVE DE LABORATORIO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	230.000.000	29-11-2019	13:58:49.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee3aa0c882f7d1e288a6a656d79dc822	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	235.600.000	29-11-2019	13:57:54.962	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21f2bbcefff29cdeaa9489475b560a0f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	258.000.000	29-11-2019	13:58:00.652	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85bde049bce0f7bc981af786d3a8dce0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	259.000.000	29-11-2019	13:57:49.869	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4497256e76c327693d0eefc957107083	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	260.400.000	29-11-2019	13:57:11.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89071f713ed9acf1c71f4fd4cd51f951	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	281.399.000	29-11-2019	13:57:00.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f41973dd731f07d5912d633db753fe58	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	281.400.000	29-11-2019	13:55:58.457	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a255a3cf04123d06aa5a5a28069e8769	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	302.600.000	29-11-2019	13:55:08.471	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c520be13b66ba4f36e2ada29e5f0aa6	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	311.000.000	29-11-2019	13:54:56.808	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab60db1e9be0ffad6d7d7acc20ae08f7	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	312.000.000	29-11-2019	08:02:39.650	Propuesta
		Código Verificador:	debae78a6fd46c0552390f614f5b0586	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	400.000.000	29-11-2019	08:02:39.648	Propuesta
		Código Verificador:	4cee067d3852d7e73c96969f86ce5c0b	

20 - BALANZA ANALÍTICA PARA LABORATORIO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

Listado General de todas las Ofertas

DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	100.800.000	29-11-2019	08:02:39.754	Propuesta
		Código Verificador:	f7048804076c24d4e0f55205f29bf2c6	

21 - BALANZA CON ALTIMETRO DIGITAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	65.790.000	29-11-2019	14:41:55.282	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec64e88d3879d3164162d1153bd85747	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	80.790.000	29-11-2019	14:41:34.660	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32a7f77e715fc76d5d628311fd540cd7	
V & V S.A. - 80038216-1	82.500.000	29-11-2019	14:45:17.947	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	296804c27f649416ea283bcff531cda0	
V & V S.A. - 80038216-1	99.000.000	29-11-2019	14:41:37.288	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4454760496f9547fcb2ee9c6e2d39e6c	
V & V S.A. - 80038216-1	99.500.000	29-11-2019	14:41:31.647	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	347912a086eafc1ea4538454e4108c05	
V & V S.A. - 80038216-1	100.000.000	29-11-2019	14:41:23.749	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35a2125e1c5b2ba11c6fbc4a089e1e8b	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	100.290.000	29-11-2019	14:41:10.183	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb1d4f1f65d0a5f469878c4c93bf0cbb	
V & V S.A. - 80038216-1	124.000.000	29-11-2019	14:41:11.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e43f2092e9b21b4f9345f4df6e62376	
V & V S.A. - 80038216-1	125.000.000	29-11-2019	14:41:05.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb80503e6824bd2b3429761a6e9d0e0e	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	127.290.000	29-11-2019	14:40:39.247	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2200c81fc54786de8d9695cd1a50f55	
V & V S.A. - 80038216-1	157.900.000	29-11-2019	14:40:44.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5bfcdcbaf1e6713215d673026a34932	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	157.995.000	29-11-2019	08:02:40.073	Propuesta
		Código Verificador:	a32436dbc39218dca6f7fb6377466ce6	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	187.500.000	29-11-2019	14:42:15.599	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc6fa18113b0713d142e83cb0f46635f	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	189.540.000	29-11-2019	08:02:40.057	Propuesta
		Código Verificador:	877673d1041cbbecf802d9f7a56f54a9	
V & V S.A. - 80038216-1	189.603.000	29-11-2019	08:02:40.044	Propuesta
		Código Verificador:	677e019321ae720cc879ce3e9e5048ba	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	225.000.000	29-11-2019	08:02:40.053	Propuesta
		Código Verificador:	4e464ca0342ffbe5bc31a518b5d61d67	

22 - BALANZA PRECISIÓN PARA LABORATORIO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	49.200.000	29-11-2019	08:02:40.135	Propuesta
		Código Verificador:	71ec89beb4bd0e1a6377a47442da78c2	

23 - BAÑO MARÍA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	50.000.000	29-11-2019	15:15:10.603	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82fe0ed05e5d8d4cb2b8cbe6c442543e	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	52.000.000	29-11-2019	15:14:59.625	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	219c71afcab0851a3d5cda1c7a623bd4	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	56.000.000	29-11-2019	15:14:28.243	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbb5bf41e487974712d7d01f084bf5d	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	56.000.000	29-11-2019	15:14:39.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c4048ae559d985f61ffc680868c979e	

Listado General de todas las Ofertas

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	59.000.000	29-11-2019	15:14:16.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24147a3b0138996ad250fee0b962fa6d	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	60.200.000	29-11-2019	15:14:12.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe5c2a639c16f77b2ee77af86d450dfc	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	62.000.000	29-11-2019	15:14:03.426	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65389f76bec4d6c19175a48cccdbd6f8f	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	64.000.000	29-11-2019	15:13:57.378	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	962e288748c6256d772de3489ebba9ec	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	65.100.000	29-11-2019	15:13:44.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7861837d719dc499f91b54d20ec55be9	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	69.000.000	29-11-2019	15:13:52.758	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b796c8ecb694372259e39b5134f9a27c	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	72.000.000	29-11-2019	15:13:32.971	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6e314c374193c52e05e763396f69118	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	74.000.000	29-11-2019	15:13:26.022	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4d3dd84b9679442cf9fef64ae3706d1	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	79.000.000	29-11-2019	15:13:18.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ab6ea1810fcaa97cfd905b1e27d8ba2	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	80.150.000	29-11-2019	15:13:10.783	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6982968b0f8cbc87abea410e271fa0cc	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	84.000.000	29-11-2019	15:13:12.228	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7ec61b38e7071e8d045fa7f7a0b1f68	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	88.000.000	29-11-2019	15:12:57.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d997538f31f49071ae97155f72858c2	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	89.600.000	29-11-2019	08:02:40.226	Propuesta
		Código Verificador:	2d4228a900535955f72f825eea91a153	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	105.000.000	29-11-2019	08:02:40.229	Propuesta
		Código Verificador:	3da0798679fbdae7a0836cf1c51f06e4	

24 - BARRAS PARALELAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	13.200.000	29-11-2019	15:27:41.452	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22a78e62e20a1201dbc045e29085f724	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	15.000.000	29-11-2019	08:02:40.308	Propuesta
		Código Verificador:	2943f7299c98fafcc83003950c3fcedf	

25 - BASTONES

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	519.000	29-11-2019	15:45:46.762	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a04d6a126a149541091d5317145f29b5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	600.000	29-11-2019	08:02:40.375	Propuesta
		Código Verificador:	284799da41d06cf795b8112bde694c73	

27 - BIPEDESTADOR

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	136.000.000	02-12-2019	08:30:06.226	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	922c85b9d567655ef86285aeb2d481c8	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	160.000.000	29-11-2019	08:02:40.462	Propuesta
		Código Verificador:	c06f09a9266674421ef94dcf9e1a1694	

28 - CABINA DE BIOSEGURIDAD

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	430.000.000	29-11-2019	08:02:40.499	Propuesta
		Código Verificador:	7e8406bef595195ac841f5121391a9d1	

Listado General de todas las Ofertas

29 - CALENTADOR ELÉCTRICO PARA LABORATORIO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	33.120.000	29-11-2019	08:02:40.547	Propuesta
		Código Verificador:	4a0c4b5238ed37296a2ba8a3165888da	

30 - CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	3.080.000.000	02-12-2019	09:42:57.159	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ff0262928a14019d7426ab8e266e45c	
V & V S.A - 80038216-1	3.090.000.000	02-12-2019	09:42:52.704	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9cef184639ac7a28661db026a043d39	
V & V S.A - 80038216-1	3.095.000.000	02-12-2019	09:42:47.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3bb791bf19a62d3a015f9fb78511dc59	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.099.000.000	02-12-2019	09:42:56.409	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	800e76f0fa5d72bb143fcfe566c0e844	
V & V S.A - 80038216-1	3.100.000.000	02-12-2019	09:42:40.927	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7e760b07224baf47396244827252080	
V & V S.A - 80038216-1	3.105.000.000	02-12-2019	09:42:35.349	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76078fc5c439146eff56467b62c9d903	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.105.000.000	02-12-2019	09:42:47.157	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ecc2b79c4d63d33191cc3565d808896	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.110.000.000	02-12-2019	09:42:27.908	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	062ad8da3855d953221add49b4a05dc3	
V & V S.A - 80038216-1	3.110.000.000	02-12-2019	09:42:28.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a398d3ecd7f1a92f8a0ec079acb7bf60	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.110.000.000	02-12-2019	09:42:58.938	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9685ab8fafc1ba55a8b0b85aca6d4662	
V & V S.A - 80038216-1	3.113.000.000	02-12-2019	09:42:22.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b2e137511a995b149d83f1664459c64	
V & V S.A - 80038216-1	3.115.000.000	02-12-2019	09:42:16.550	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d76f7d392293007f7c27c75270efc73	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.118.000.000	02-12-2019	09:42:24.578	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a02f297442aa89757eff3956e0a01311	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.119.000.000	02-12-2019	09:42:16.109	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a73b0e743ff071085c8b8dcaffd97b6	
V & V S.A - 80038216-1	3.120.000.000	02-12-2019	09:42:04.349	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49163a6f94fcdce2772554379d32684cc	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.120.000.000	02-12-2019	09:42:07.259	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e7147d9b8f185963d96f4b1bb191ae4	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.120.000.000	02-12-2019	09:42:22.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6eb677b7e1920788945faefaa93c6d6	
V & V S.A - 80038216-1	3.125.000.000	02-12-2019	09:41:54.992	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	704fc4220e1f6081942bee1985253bb5	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.149.000.000	02-12-2019	09:41:59.006	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6670dd98894a497cab3a2663f502e349	
V & V S.A - 80038216-1	3.150.000.000	02-12-2019	09:41:49.891	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9372577d8f824beca8e7d9add5bccab	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.150.000.000	02-12-2019	09:41:54.561	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8584316c0bde83214e332a60c5d57fad	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.160.000.000	02-12-2019	09:41:51.591	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f6875c61ef5b5434dcca398bd5662cb	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.165.000.000	02-12-2019	09:41:44.244	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	798c759e0fde298aed79d67a71ddf	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.170.000.000	02-12-2019	09:41:30.371	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	540381437a4fd3c0ae69b7dd8e8a4ef2	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.170.000.000	02-12-2019	09:41:36.820	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84967cccd0fb2cedde55c1cb28f767471	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.180.000.000	02-12-2019	09:41:15.416	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ae32f679cbd0bc99e172742ee657c2d	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.190.000.000	02-12-2019	09:41:02.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ba74bd460f2e1a8db0102681a1a4dec	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.190.000.000	02-12-2019	09:41:23.517	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f125d2657ed83620558df78a6e714b32	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.199.000.000	02-12-2019	09:40:51.117	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6349a97a11913cd008e32e08b01f4ac9	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.200.000.000	02-12-2019	09:40:43.427	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6b83500b7db68d77a04bffc35a69f1	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.210.000.000	02-12-2019	09:40:43.605	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	275009419f19899e9d2d62aa5e80c7c2	
V & V S.A - 80038216-1	3.213.000.000	02-12-2019	09:40:49.142	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75d1cce55a20b61018d5985c01ff1844	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.215.000.000	02-12-2019	09:40:33.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67a3d96877c218d3e29e00309a522e68	
V & V S.A - 80038216-1	3.215.000.000	02-12-2019	09:40:42.665	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee02b69742bfc9e9aff395c56b3cb2c2	
V & V S.A - 80038216-1	3.218.000.000	02-12-2019	09:40:36.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63c3ccf07e85f893314dc1ba00c611b0	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.220.000.000	02-12-2019	09:40:25.536	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28b709b177d833e383bb167728fc6128	
V & V S.A - 80038216-1	3.220.000.000	02-12-2019	09:40:30.903	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7cfa5900e3066f68a338e332dee28b9	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.225.000.000	02-12-2019	09:40:17.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8195b76741cfafc4e4df96a60a27bf51	
V & V S.A - 80038216-1	3.228.000.000	02-12-2019	09:40:23.659	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	559b3767e8836fc59b70be6238edf257	
V & V S.A - 80038216-1	3.230.000.000	02-12-2019	09:40:01.650	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9af8273695e2b3e027728d7c3d7309d6	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.230.000.000	02-12-2019	09:40:09.302	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e239f079b6b6c7d6df1ff09060b275c3	
V & V S.A - 80038216-1	3.235.000.000	02-12-2019	09:39:49.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a188bc1a070f1f857b7b76a74556b2c	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.240.000.000	02-12-2019	09:40:02.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25c8b30e6f6f83847601bc89c02d5389	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.245.000.000	02-12-2019	09:39:47.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8a75036d072988bf50d58fbab838a62	
V & V S.A - 80038216-1	3.250.000.000	02-12-2019	09:39:36.782	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffb40a9660854dea3de7d67af0c7a403	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.280.000.000	02-12-2019	09:39:39.855	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eeb22adab636b11999b5a7fb854c91a7	
V & V S.A - 80038216-1	3.285.000.000	02-12-2019	09:39:30.885	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a13eda6e48bd3f0a79d9314f6f07c0f	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.299.000.000	02-12-2019	09:39:33.339	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63399cce5aa4202b6b1deeb15963580d	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.300.000.000	02-12-2019	09:39:24.423	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	0d9573872d579f49742e8c62a477fa35	
V & V S.A - 80038216-1	3.325.000.000	02-12-2019	09:39:19.584	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f88f9d6528464c902785f93e2699feed	
V & V S.A - 80038216-1	3.350.000.000	02-12-2019	09:39:13.953	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d440c028d246489ffc80ae0c303a8784	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.365.000.000	02-12-2019	09:39:15.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e146d99dce6185ccdc817b9c60c50e9f	
V & V S.A - 80038216-1	3.375.000.000	02-12-2019	09:39:08.215	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29c1f39bec2f0b4d05dc455de973942e	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.399.000.000	02-12-2019	09:38:56.491	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be6e1517b6352411e0eea177d1e228fc	
V & V S.A - 80038216-1	3.400.000.000	02-12-2019	09:38:59.847	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3a694ff7a4e914f0d7b4c12eb901916	
V & V S.A - 80038216-1	3.425.000.000	02-12-2019	09:38:54.407	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	773bec9098752b0932e0d62554f6ac1e	
V & V S.A - 80038216-1	3.450.000.000	02-12-2019	09:38:49.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46cbc703dea20e0d858846851d9fec50	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.483.000.000	02-12-2019	09:39:07.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40d909826c519c9f95c6eab067339b32	
V & V S.A - 80038216-1	3.500.000.000	02-12-2019	09:38:43.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfb02cbb8b3ba1d87611e796faef458	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.540.000.000	02-12-2019	09:38:42.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93efd88d1979bc6ff29f40c5b932f480	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.550.000.000	02-12-2019	09:38:36.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1443ada32b03328d5e6001ef2b60ab97	
V & V S.A - 80038216-1	3.585.000.000	02-12-2019	09:38:39.490	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	faa99fa4fc73d64fcabda728bba34dc2	
V & V S.A - 80038216-1	3.600.000.000	02-12-2019	09:38:34.774	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3987f2fac787acf0bb62edf141da042e	
V & V S.A - 80038216-1	3.625.000.000	02-12-2019	09:38:30.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f1042b2435dab89a8e703ca93c8796e	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.640.000.000	02-12-2019	09:38:29.510	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb52c61e35076bc9620b24224a462b7f	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.650.000.000	02-12-2019	09:38:21.289	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83ebe127e48722844c008f6cb29e7d07	
V & V S.A - 80038216-1	3.675.000.000	02-12-2019	09:38:25.101	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5de04f15d7dadd4a734c38fed0b5718	
V & V S.A - 80038216-1	3.685.000.000	02-12-2019	09:38:18.873	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4c076fdabb2428ca981ca956ab84265	
V & V S.A - 80038216-1	3.700.000.000	02-12-2019	09:38:13.321	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdb3a92304ac3ec23d7ca82db9cdab93	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.740.000.000	02-12-2019	09:38:38.708	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	535a464e6ab06667785ef86c9b284476	
V & V S.A - 80038216-1	3.750.000.000	02-12-2019	09:38:08.834	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca9200fe7a985750899f48acf1e97933	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.750.000.000	02-12-2019	09:38:11.416	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e0fa6cdabecbd3a10af126de51df1aa	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.800.000.000	02-12-2019	09:38:02.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10403973e7d155c7984d5be0f84e8dc9	
V & V S.A - 80038216-1	3.825.000.000	02-12-2019	09:38:03.839	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	229f3087d0bac99f586fc704f244fb71	
V & V S.A - 80038216-1	3.850.000.000	02-12-2019	09:37:58.628	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc05b89d6c7e6fcff4a54c32c7d48f92	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.860.000.000	02-12-2019	09:38:03.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ccaae11d33fa2be4f1af64317e12389	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	3.895.000.000	02-12-2019	09:37:53.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f75c48e5a41284919fa18b4092e9da35	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.900.000.000	02-12-2019	09:37:48.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61b35104526eafbf31f1268c7e626a83	
V & V S.A - 80038216-1	3.915.000.000	02-12-2019	09:37:48.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b4c5fadf8d6ffbeec5e7d47986cb60b	
V & V S.A - 80038216-1	3.925.000.000	02-12-2019	09:37:40.890	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7291936e47dff2896c474c9e4cfe6a	
V & V S.A - 80038216-1	3.950.000.000	02-12-2019	09:37:32.820	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e96986f4bb17e68065142ff590dbabee	
V & V S.A - 80038216-1	4.000.000.000	02-12-2019	09:37:25.959	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc1da928db009e0a7e0f7d1bd1b540e0	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	4.000.000.000	02-12-2019	09:37:34.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	649dac6f4b69cd06d8466070adb3f348	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.020.000.000	02-12-2019	09:37:47.944	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85307cd0c67d3c1cde1bda307aad13d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.030.000.000	02-12-2019	09:37:32.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a641455fa52e6695c664d3d5a29456b7	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	4.040.000.000	02-12-2019	09:37:20.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3385512a02c2eba4ef03a12ec7a4f566	
V & V S.A - 80038216-1	4.100.000.000	02-12-2019	09:37:02.020	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba789e71aff99f25adc8bde3169e34f2	
V & V S.A - 80038216-1	4.150.000.000	02-12-2019	09:36:57.027	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f6ce69ae256f2e047a86305c61c7556	
V & V S.A - 80038216-1	4.200.000.000	02-12-2019	09:36:51.299	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06a6288192eae401d0c8b7be5a4694f4	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.250.000.000	02-12-2019	09:36:38.906	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9189bcacf1c10d5c33e6ac813cb9902c4	
V & V S.A - 80038216-1	4.376.181.600	29-11-2019	08:02:40.674	Propuesta
		Código Verificador:	450cf9a85dd1dd8788506e3ee275c99f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.739.000.000	02-12-2019	09:37:16.561	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71514a699aba4286e5a8f1a96cacc0d0	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	4.740.894.900	29-11-2019	08:02:40.676	Propuesta
		Código Verificador:	ec4446072daf5b4de705621834395b6a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	5.487.180.678	29-11-2019	08:02:40.680	Propuesta
		Código Verificador:	265d026f26454c6bff41defb07eb639d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.935.000.000	02-12-2019	09:30:09.986	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e42c9b3ef7f285b6a4795afb82f89cc7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.936.000.000	02-12-2019	09:24:13.768	Etapa de Puja
		Código Verificador:	37feb49fe5b2298ccdfde98eff6c66be	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.937.900.000	02-12-2019	09:18:49.720	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0a6cf39c3ad6487b36cbc452b6f9dd13	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.938.000.000	29-11-2019	08:02:40.678	Propuesta
		Código Verificador:	8ba5e4d23e24327ebff17723a8fee292	

31 - CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.650.000.000	02-12-2019	10:06:18.426	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a00f51946cfbab25babcbfe942c6009	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.699.000.000	02-12-2019	10:06:27.033	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	096020914cf5ed3da395364a2ff6b872	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.700.000.000	02-12-2019	10:05:44.386	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f100cb071ee2f3770e5b3d874985be7a	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.735.000.000	02-12-2019	10:05:58.414	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a37f974a3e8caa6a6908d96ede6c3693	

Listado General de todas las Ofertas

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.750.000.000	02-12-2019	10:05:04.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44ea5e3c30cc559ade4c4795aeacd43d	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.795.000.000	02-12-2019	10:05:18.393	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18617c49d94222129ce96c4cea2bb566	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.800.000.000	02-12-2019	10:04:50.420	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a885a8c462f5ac0acb2f583a42559ff	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.850.000.000	02-12-2019	10:04:31.915	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a99f6f28b610c130b122c9d53200d1c	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.930.000.000	02-12-2019	10:04:49.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ea9c1c29270c294b68b938ad6b6fd88	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.950.000.000	02-12-2019	10:03:52.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acc760da842f868c762324f068a5c34d	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.000.000.000	02-12-2019	10:03:25.936	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acc2af933d3757206a0953ab7f275edb	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.050.000.000	02-12-2019	10:02:42.577	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c51540b56451a874d572ba0bc48209fe	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.079.000.000	02-12-2019	10:02:28.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73ccf1aa71038b177246eac7034eb4d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.100.000.000	02-12-2019	10:02:11.510	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8da174435dbe5d51e14baded2146981c	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.180.000.000	02-12-2019	10:02:15.244	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e6251b3b8ceac6acf800b7028cd2cf8	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.190.044.948	29-11-2019	08:02:40.914	Propuesta
		Código Verificador:	fe4eae90956f50c8bc6fcd24de37e18c	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.200.000.000	02-12-2019	10:01:30.836	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18f3a4042313489f161e6c1b6d231c93	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.325.000.000	02-12-2019	10:06:06.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d7bb45523c6f7d61423cb12a973f311	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.339.000.000	02-12-2019	10:05:54.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c238280301cde954dbc5087c50d90b52	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.420.000.000	02-12-2019	10:05:52.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d6e997200e201103f4778aaead36779	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.440.000.000	02-12-2019	10:05:45.058	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	035dd07ae95b57380fa3caa682cf0db4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.450.000.000	02-12-2019	10:05:46.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35963b5574aa48721ee449186324392	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.490.000.000	02-12-2019	10:05:34.424	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d43629d3ea02d890812fe812774254ad	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.490.000.000	02-12-2019	10:05:35.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac43bb97a9fed8afb85abc2d706ac8d6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.500.000.000	02-12-2019	10:05:22.734	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5144a6965798008ffdb0afec09492db0	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.620.000.000	02-12-2019	10:05:17.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32e949d8ca13650549d8a54e3f1fce80	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.630.000.000	02-12-2019	10:05:07.304	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5221f7135429940686a8ac7c4c1f53d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.630.000.000	02-12-2019	10:05:10.218	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e2334584bceae6f372297dd8ba16d5a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.640.000.000	02-12-2019	10:04:57.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7775b15755711c9dd914fbd94a63e06	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.650.000.000	02-12-2019	10:04:50.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dcbf03fc9d8b7bfb9c7cfcb2fc4b6b5a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.699.000.000	02-12-2019	10:04:46.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e6334244fbd270794ab9491c6c71eb7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.700.000.000	02-12-2019	10:04:29.851	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	386bf666b018915e3f4c48f4f36d4459	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.750.000.000	02-12-2019	10:04:35.978	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b060636a2104a179159d4057d53bd25	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.790.000.000	02-12-2019	10:04:23.328	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb9bfd48fe41a21155d50e1d65975727	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.800.000.000	02-12-2019	10:04:03.915	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac8c7cca70051e4cce41db3359efced	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.850.000.000	02-12-2019	10:03:38.886	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52018db36867bacdd088786a561a0aeb	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.870.000.000	02-12-2019	10:03:11.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cab8064e9ae600abe4f71d8a3452f341	
IMESE S.A. - 80016426-1	3.199.000.000	02-12-2019	10:04:07.052	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1258b371350d56ca9df5489c85ef9f2	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.200.000.000	02-12-2019	10:03:18.530	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d65b6c948161df51670557a7c622e8a7	
IMESE S.A. - 80016426-1	3.239.000.000	02-12-2019	10:03:34.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e8541d2c7ce2561912cf99c371b3cdb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.240.000.000	02-12-2019	10:03:01.590	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de09acce9c32eee6a8348281cd85b0ca	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.250.000.000	02-12-2019	10:02:42.307	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	315d5dcc573408665da37f9465af2632	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.290.000.000	02-12-2019	10:02:33.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	468504ade2f7047abcfbcbcd86a13f7	
IMESE S.A. - 80016426-1	3.299.000.000	02-12-2019	10:03:05.505	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae7e21b6bfac151c25513f8e132e6f4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.300.000.000	02-12-2019	10:01:10.209	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ece9e12a55e0c776cb1ed3e235ca3700	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.441.000.000	02-12-2019	10:02:19.232	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72ace29aaceb43a3d42a2b398a23fc31	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	3.442.985.000	29-11-2019	08:02:40.906	Propuesta
		Código Verificador:	faae7ee979ae7f4e25247054fa6885d6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.470.000.000	02-12-2019	10:01:08.738	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1bb620e962c5deb0348811e7b707de3d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.471.953.303	29-11-2019	08:02:40.904	Propuesta
		Código Verificador:	b8644d27651ecc613ab3d62acd1e5c45	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.761.282.707	29-11-2019	08:02:40.907	Propuesta
		Código Verificador:	462befcabff9fe49506d5f80a6aa6d6e	
IMESE S.A. - 80016426-1	4.165.070.000	02-12-2019	10:00:37.266	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcl82161e12490a631e9b75a106da1d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.184.000.000	02-12-2019	10:00:06.477	Etapa de Puja
		Código Verificador:	dcdbd46f63fd785bab1a3e0ff936f99a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.185.000.000	02-12-2019	09:54:05.858	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1d739fba8a498f6f8b8974a37ca5c89c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.186.000.000	29-11-2019	08:02:40.908	Propuesta
		Código Verificador:	109cf6951abec801de14c845bb58b663	
IMESE S.A. - 80016426-1	5.005.000.000	29-11-2019	08:02:40.922	Propuesta
		Código Verificador:	cbb1571f14bc4779ff00429355d20edc	

32 - CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA CON BALANZA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	795.000.000	02-12-2019	10:36:18.285	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe1e0168513969938bb9b49a98baa688	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	798.000.000	02-12-2019	10:35:56.735	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ea167c82f1388f65a7e60050cade4a1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	804.000.000	02-12-2019	10:35:45.871	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ad752b14a8c3fcaa306038d66e02936	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	805.000.000	02-12-2019	10:34:42.719	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	e6a2c1d355da9586d573d4527c3ff09e	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	810.000.000	02-12-2019	10:34:04.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ba1620aa9cb3f9cc2e0cf79cc70ddb9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	829.000.000	02-12-2019	10:33:59.000	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d5dc1d9202550fe67001cb3d6733c71	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	830.000.000	02-12-2019	10:33:41.186	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae06c08bd1e09364fa498a1aa6046736	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	849.000.000	02-12-2019	10:33:29.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ada461785de2da0699caf7d2c32e88f1	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	850.000.000	02-12-2019	10:33:05.197	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	117a59d9b88ab596b5d5627470f97ceb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	910.000.000	02-12-2019	10:32:54.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	663c1409df30ad0bde146353e10ce930	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	919.000.000	02-12-2019	10:33:05.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca6ec9b975615d968b6ca9ac0c2e4a28	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	920.000.000	02-12-2019	10:32:44.600	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43feaa65a52c9e98d4b0747e1b341b01	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	945.000.000	02-12-2019	10:32:55.229	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	874e3a94294e0a2b60e10f7f9889b316	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	950.000.000	02-12-2019	10:32:39.429	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ded90c4982996c5fdb43bd0713248e4	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	980.000.000	02-12-2019	10:32:35.182	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	890bfdddccc125a0cdd40959e2c252a9	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	980.000.000	02-12-2019	10:32:39.647	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e456be5af18cf84330c600b553759d16	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	999.000.000	02-12-2019	10:32:24.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	427f9a205372c9524e838b8bb38ad6a0	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.004.063.898	29-11-2019	08:02:41.263	Propuesta
		Código Verificador:	ba5f70b3b6603ba98612a55a5f32fd90	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.199.000.000	02-12-2019	10:32:31.978	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b319cb0ad50315eaf00d9481d717e44c	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.200.000.000	02-12-2019	10:32:19.847	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6446ffe088e984e6f68fb366fc12bb74	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.220.000.000	02-12-2019	10:32:08.427	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5ddeb8219fbf20dbbac2d12fb7b3f93	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.230.000.000	02-12-2019	10:32:06.183	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a40e0d976668dab45f6914f449fcca1	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.240.000.000	02-12-2019	10:31:59.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4622ece88004cf926ea8985832f7e428	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.250.000.000	02-12-2019	10:31:49.432	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19988c29d01c1e1d209536e6cebd186a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.290.000.000	02-12-2019	10:32:03.910	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5ee5ae2ac20d593eb8100142999b254	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.330.000.000	02-12-2019	10:31:48.088	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b4958c3453c9bebd29090fb0537b9ec	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.330.000.000	02-12-2019	10:31:52.494	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff347e7563c333f929a27efb2c4319f0	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.350.000.000	02-12-2019	10:31:37.202	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	162d67c46446e874b7165508220998dc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.350.000.000	02-12-2019	10:31:37.677	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b1e593abb6fbf329ff366233038eced	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.350.000.000	02-12-2019	10:31:45.002	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e260462ef4b3e92619d7daa256fd6c76	

Listado General de todas las Ofertas

CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.370.000.000	02-12-2019	10:31:25.510	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22120b2a52df7fe9939b5d5cd3e3a9f4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.390.000.000	02-12-2019	10:31:24.369	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2274b0bcbbd6243840878ae9d068c66c	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.400.000.000	02-12-2019	10:31:09.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1939a3915ce3b976354b1871cc50b343	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.400.000.000	02-12-2019	10:31:24.498	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de1637acf1bf20032e33fc5ea3ffc397	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.440.000.000	02-12-2019	10:30:55.255	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96f2db43af3ee4966ad4cbbc19e9bbe6	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.500.000.000	02-12-2019	10:30:59.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41df64a44fe0590a3eaf7cf99ef2af37	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.530.000.000	02-12-2019	10:30:49.748	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8a21d7a7daed7ab6c237c5c5ede9615	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.550.000.000	02-12-2019	10:30:40.001	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9b4714483565ae52aab2179ad8d4b60	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.550.000.000	02-12-2019	10:30:58.024	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07def283593331c3fd172961b0101114	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.590.000.000	02-12-2019	10:30:30.151	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5871b2e3827630d5e303281ff37bdc2	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.590.000.000	02-12-2019	10:30:39.783	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f016b30b6c7473eb5c7be592dbdbb5c8	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.600.000.000	02-12-2019	10:30:27.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ec470dcf726f9cdec55cf0fc529d29d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.630.000.000	02-12-2019	10:30:22.885	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a9578bce703d0347e25bf915786e95b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.650.000.000	02-12-2019	10:30:07.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff7b9cfea7155b61cc59634cc0734a61	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.650.000.000	02-12-2019	10:30:15.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ba573177ef6afecd0cf92cce7fd29a8	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.650.000.000	02-12-2019	10:30:18.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	517070530232aacc161a836ec7d89146f	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.700.000.000	02-12-2019	10:29:56.303	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5c366f5e0097566e8dafaade1f0746	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.790.000.000	02-12-2019	10:29:42.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	937f5bd7128ef932881ff575b753eb3d	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.800.000.000	02-12-2019	10:29:40.341	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0898aa1cfcff07ad6c8c056876b79d1d	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.850.000.000	02-12-2019	10:29:28.126	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19d526cb971eb0c51f32cdee6ccecad6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.858.000.000	02-12-2019	10:22:10.183	Etapas de Puja
		Código Verificador:	6532dfbe3292864561b07b23ac7d29e3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.859.000.000	02-12-2019	10:17:09.724	Etapas de Puja
		Código Verificador:	d0a71e3869b2257f41e8b56146dead58	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.860.000.000	29-11-2019	08:02:41.254	Propuesta
		Código Verificador:	33677020eda75d691744deba5ce779b	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.214.000.000	02-12-2019	10:37:51.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6bb07be1ff256569975912e65296265	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.300.000.000	02-12-2019	10:29:30.927	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7be56fa349a9b1ab06ce15bea639c854	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.315.000.000	02-12-2019	10:37:36.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1980fe08d87ad96efa2364a152baba6	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.321.000.000	02-12-2019	10:37:15.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1868472d4a1b7413dc82565401fc0a45	

Listado General de todas las Ofertas

IMESE S.A. - 80016426-1	2.322.000.000	02-12-2019	10:36:57.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92b450c628571d44d7bac72e0d063523	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.324.000.000	02-12-2019	10:36:07.682	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b66f775c15c881f24eccd89033796391f	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.325.000.000	02-12-2019	10:35:58.954	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24ca631d03f6d095f5f1689e9d95a66b	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.329.000.000	02-12-2019	10:35:25.326	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb7236280aabb3f6a821e80eb78da45b	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.335.000.000	02-12-2019	10:35:07.792	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa77195e630d681e98057d5974dce23d	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.339.000.000	02-12-2019	10:34:32.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eff68b09f875a4fca4142ccc4b113d	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.348.000.000	02-12-2019	10:34:09.657	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7223a80c837113d8a05c7f4458cd010	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.349.000.000	02-12-2019	10:33:38.064	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f47bc8710a41ffd525275165f0ee2feb	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.350.000.000	02-12-2019	10:30:13.424	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9ba427199108bb4c4b356da08484451	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.388.922.000	29-11-2019	08:02:41.227	Propuesta
		Código Verificador:	517672a2db105e942a583dce80d22d96	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.408.000.000	02-12-2019	10:29:31.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	618237d7f6d95e016b7a51bebe20fcfc	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.409.010.000	29-11-2019	08:02:41.214	Propuesta
		Código Verificador:	ada98bbc827a72b02b2bf141d844c06d	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.605.000.000	02-12-2019	10:28:58.655	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93864f193aa8248b47a262d61ac53c65	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.609.760.823	29-11-2019	08:02:41.250	Propuesta
		Código Verificador:	df600b0f56d573d4808d97fcb0a58b01	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.635.000.000	29-11-2019	08:02:41.293	Propuesta
		Código Verificador:	bda60b3f59a984723cafd053ae00027e	

33 - CAMA ORTOPÉDICA ELÉCTRICA TIPO BALCÁNICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.940.000.000	02-12-2019	10:57:38.120	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d25d2156c1a75976fbc8210db8882ee	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.000.000.000	02-12-2019	10:57:16.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f3731b4be5f38f0503fa0b8b94aa49f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.400.000.000	02-12-2019	11:01:17.818	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df2cd296e9ae38b63124de350d0d5af4	
V & V S.A. - 80038216-1	3.500.000.000	02-12-2019	10:57:17.246	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0beaaa57396b6fc6265de1e2e9336d7b	
V & V S.A. - 80038216-1	3.525.000.000	02-12-2019	10:57:11.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd4760e7faf52ecf54bb6ed4707246a8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.550.000.000	02-12-2019	10:56:53.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fce33bc85987867710f6e91cd4e2e5ad	
V & V S.A. - 80038216-1	3.850.000.000	02-12-2019	10:56:54.068	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a88c243e5c03201cb398c63d0940aaa	
V & V S.A. - 80038216-1	3.900.000.000	02-12-2019	10:56:48.358	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f65a58951b8e4f2575b3bae95dac2e1	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.900.000.000	02-12-2019	10:56:54.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd73c0c954d14c125e6e3c9610200cb8	
V & V S.A. - 80038216-1	3.950.000.000	02-12-2019	10:56:44.115	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b705d7ee7a00f3fb896c9d21d23c433	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.950.000.000	02-12-2019	10:56:47.757	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95b29f00c8547b4e58637b1293830010	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.990.000.000	02-12-2019	10:56:35.284	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2073bfe7b11a95effe2ece5cf617ff3	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	4.150.000.000	02-12-2019	10:56:39.028	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa518d0d76fca53c023aeca0b5e805ab	
V & V S.A - 80038216-1	4.200.000.000	02-12-2019	10:56:33.221	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	473818953c461353cd7a6c1eed588ad3	
V & V S.A - 80038216-1	4.250.000.000	02-12-2019	10:56:26.876	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b857e7c9957904b525c149c4963339f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.300.000.000	02-12-2019	10:56:21.706	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee5e5f28e191c98c611be17aa8e4f691	
V & V S.A - 80038216-1	4.750.000.000	02-12-2019	10:56:18.284	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a15ff54325849a383d8f5457683c0a1	
V & V S.A - 80038216-1	4.800.000.000	02-12-2019	10:56:13.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4fd87023ae299946c1b880fd9c176c	
V & V S.A - 80038216-1	4.950.000.000	02-12-2019	10:56:07.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8c578362574593ff618bc691f821061	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.000.000.000	02-12-2019	10:55:59.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c63935b587aa5e819f280c9d0f88455	
V & V S.A - 80038216-1	5.300.000.000	02-12-2019	10:56:02.544	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd982b831130bd2a003370f4cc37f25a	
V & V S.A - 80038216-1	5.350.000.000	02-12-2019	10:55:57.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e20291987a17344ba76c8f50043fd569	
V & V S.A - 80038216-1	5.400.000.000	02-12-2019	10:55:53.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10fd087a700c43de2fc5484597bbf65f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	5.500.000.000	02-12-2019	10:55:47.833	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	323e98edd5fa4f94a33c5a67d7409d33	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	5.600.000.000	02-12-2019	10:56:07.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbe9d4e623a398c5b4cccae5262859be	
V & V S.A - 80038216-1	5.700.000.000	02-12-2019	10:55:48.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e9f03290ce34c3a8b08dc8c7dd279f2	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.750.000.000	02-12-2019	10:55:53.715	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34169fe8f6520320f1e2c34b7a9b634c	
V & V S.A - 80038216-1	5.800.000.000	02-12-2019	10:55:43.870	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2173356feb8eed0e60f4ca8cdc92a730	
V & V S.A - 80038216-1	5.950.000.000	02-12-2019	10:55:39.450	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6d9ec2f6c00f940a95f30aded32026	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	5.950.000.000	02-12-2019	10:55:46.001	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63a44dc8fcbdd1e7fa813deb88270f0c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	6.000.000.000	02-12-2019	10:55:28.074	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7066cea3ac64bd322451ceafcf388a10	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	6.000.000.000	02-12-2019	10:55:46.148	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ae8aa60cd369d2fb879fca25e1f5d65	
V & V S.A - 80038216-1	6.150.000.000	02-12-2019	10:55:35.152	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6498dafdf7b7a3927cc98cd1621df176	
V & V S.A - 80038216-1	6.185.000.000	02-12-2019	10:55:30.948	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebb282c4b7a940a2f29e23503b842470	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	6.200.000.000	02-12-2019	10:55:24.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92d0d5c0b05b6481b811ab255f1f78f8	
V & V S.A - 80038216-1	6.300.000.000	02-12-2019	10:55:24.599	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c660d05c9cca18fc1fdb30f0ff193ed	
V & V S.A - 80038216-1	6.325.000.000	02-12-2019	10:55:19.379	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	345e12deed237909751d8b333bb3a142	
V & V S.A - 80038216-1	6.350.000.000	02-12-2019	10:55:14.281	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04e86e3fa600e96f25a6113e54cc512d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	6.400.000.000	02-12-2019	10:55:17.440	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd3e2aeba3ddf9ada381f3a029327894	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	6.500.000.000	02-12-2019	10:55:03.401	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29b82283e3067eccbe7467b055b4d9fb	

Listado General de todas las Ofertas

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	6.800.000.000	02-12-2019	10:55:11.687	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8806d382cb0a15f4777d1a023ad3e424	
V & V S.A - 80038216-1	6.900.000.000	02-12-2019	10:55:07.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2dda801642e9f352eebeb962823aea49	
V & V S.A - 80038216-1	6.950.000.000	02-12-2019	10:54:59.778	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef504b5260fc57c7bbbe4a2d340dc655	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	7.000.000.000	02-12-2019	10:54:49.092	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	258b96a9cf678a0ddf5ad5abc37328b7	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	7.000.000.000	02-12-2019	10:55:00.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95012a9dc7dae0b7f0bd9a887dcf5aea	
V & V S.A - 80038216-1	7.150.000.000	02-12-2019	10:54:53.393	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40db220d398983f67f5af0f9f296c23a	
V & V S.A - 80038216-1	7.200.000.000	02-12-2019	10:54:47.584	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5db13cf0f01929da63ea52d3e2dd95f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.200.000.000	29-11-2019	08:02:41.482	Propuesta
		Código Verificador:	fa42d84d2f0040c0f7112ce46a526e4d	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	7.605.000.000	29-11-2019	08:02:41.479	Propuesta
		Código Verificador:	eefe55124fc16450c58758000a174b08	
V & V S.A - 80038216-1	9.126.000.000	29-11-2019	08:02:41.476	Propuesta
		Código Verificador:	3d326b0b237cdcfb05463797c27f74c1	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	9.126.000.000	29-11-2019	08:02:41.478	Propuesta
		Código Verificador:	5cf4302015945ce78d31147e4d4c79a9	

34 - CAMILLA DE INSPECCIÓN

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	12.227.200	29-11-2019	08:02:41.548	Propuesta
		Código Verificador:	07215a00694007532366b2d017fe4e75	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	16.000.000	29-11-2019	08:02:41.550	Propuesta
		Código Verificador:	2c933934b3cf10a40952ac8b769b5e2f	

35 - CAMILLA DE TRASLADO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	666.000.000	02-12-2019	11:51:18.565	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2e3eb0d16dc915b90702157a3da26e1	
V & V S.A - 80038216-1	667.000.000	02-12-2019	11:51:19.779	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43bc1c8a15bbf79aaf26cb0ee8900742	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	668.000.000	02-12-2019	11:51:08.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7d5518d6174f4e90b6c466fa2c2d344	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	668.000.000	02-12-2019	11:51:25.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fe15972ef6d4e180fbbec674b15c9da	
V & V S.A - 80038216-1	669.000.000	02-12-2019	11:50:49.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a2122740d9b3fb4ae2a7a4d31e345d2	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	669.000.000	02-12-2019	11:51:05.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f73d80a2fb072c491718cfd1a7d556a4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	670.000.000	02-12-2019	11:50:40.143	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11f117a9317955fa3a15974a05f7fbb5	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	687.000.000	02-12-2019	11:50:54.174	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d45f2c6aad1ba9180fc8bed79904b44	
V & V S.A - 80038216-1	688.000.000	02-12-2019	11:50:25.591	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcd5ce769debba10779ac2a46874934c	
V & V S.A - 80038216-1	690.000.000	02-12-2019	11:50:19.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2bbeca21a3bf6da21874a1aad1a8f0	
V & V S.A - 80038216-1	695.000.000	02-12-2019	11:50:13.843	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0fa24e9aaf3d929aa9ed6efbc444f6a	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	698.000.000	02-12-2019	11:50:39.885	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed8e6b7614769538930d63769c339fe6	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	699.000.000	02-12-2019	11:50:15.021	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19e9915b9f365f1d22255c70558d803e	
V & V S.A - 80038216-1	705.000.000	02-12-2019	11:50:09.043	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f86a84a9a2b9415d3b60bb2493fff7b9	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	709.000.000	02-12-2019	11:50:23.271	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ada7a9fac6e7b11ff753b1de7c4227c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	710.000.000	02-12-2019	11:50:03.198	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b9fa38614835c4e1d53a8ac431f50b0	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	719.000.000	02-12-2019	11:51:08.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b283b67dd51b5cdb1b6f7ae99de8199c	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	720.000.000	02-12-2019	11:50:01.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a998f40af64ad0dadc8c618f4f0595d	
V & V S.A - 80038216-1	720.000.000	02-12-2019	11:50:03.852	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2afb6e846c3baa5ab47002492f76be12	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	723.000.000	02-12-2019	11:50:09.648	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26ae7fc8324bb8d3cde9002f8826ae71	
V & V S.A - 80038216-1	725.000.000	02-12-2019	11:49:58.270	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9d8199c718812c451485c308ce140a0	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	729.000.000	02-12-2019	11:49:59.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a7ccf914ed03074d8822e75e8cada84	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	730.000.000	02-12-2019	11:49:51.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b91bc697f8d1a911c9f259e0a4d97caf	
V & V S.A - 80038216-1	730.000.000	02-12-2019	11:49:53.146	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee51ca2d101ce04285ace2fa12bd42eb	
V & V S.A - 80038216-1	735.000.000	02-12-2019	11:49:48.660	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	491c8e0c3ca4cfeaa08a229133320f29	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	745.000.000	02-12-2019	11:49:53.204	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2289cee70c923b3bf8a39ca0f089872c	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	749.000.000	02-12-2019	11:49:47.402	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ef84897fb174e47e12d3b460afac63d	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	750.000.000	02-12-2019	11:49:40.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f2e2a5a8fd772cad5f7157636f16232	
V & V S.A - 80038216-1	760.000.000	02-12-2019	11:49:43.608	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	062f18839f1d09f5ff6aba4372d9f59c	
V & V S.A - 80038216-1	765.000.000	02-12-2019	11:49:38.986	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a76d52e594add0a8f9acfb446a42b748	
V & V S.A - 80038216-1	775.000.000	02-12-2019	11:49:33.049	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d94a460818f82f06ae3bb6613e065c51	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	775.000.000	02-12-2019	11:49:33.405	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4076b898124b2c4db63abae5bade2d3f	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	780.000.000	02-12-2019	11:49:25.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5f66bcd42827aa50fb05ba7e3e6b931	
V & V S.A - 80038216-1	785.000.000	02-12-2019	11:49:28.208	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ffb75e0014cdf43ebe30f5f10bd138	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	785.000.000	02-12-2019	11:49:36.351	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39064f558b48fa3795d3d52d73c4806a	
V & V S.A - 80038216-1	790.000.000	02-12-2019	11:49:21.666	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e85b57366f109aa2f608278ea0377204	
V & V S.A - 80038216-1	795.000.000	02-12-2019	11:49:17.269	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9bccbc54a9b3a63096ffda00f6c38d49	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	799.000.000	02-12-2019	11:49:24.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92765af3d6cc9920128a2ca21c5cf2de	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	800.000.000	02-12-2019	11:49:18.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3f156c2bb28633f679c74d64463bbcf	
V & V S.A - 80038216-1	805.000.000	02-12-2019	11:49:13.001	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	4aa8bcbe68fcd924e136727455bf2706
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	805.000.000	02-12-2019	11:49:13.495 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fe96fba76ed207cf63405471fdd5d0b
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	812.000.000	02-12-2019	11:49:19.145 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc2de6ab2798345da44695c9cef7f5e2
BIOERIX S.A. - 80051821-7	814.000.000	02-12-2019	11:49:15.714 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4cfd8a9e3f875906deb628759149e251
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	815.000.000	02-12-2019	11:49:03.060 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18cd3ecb7181871139e563ad195d6154
V & V S.A - 80038216-1	815.000.000	02-12-2019	11:49:06.972 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5aadd52de1f4ce914f58a9bfc0d3e4bd
BIOERIX S.A. - 80051821-7	820.000.000	02-12-2019	11:49:07.060 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cea7e1df03083d59a95968a09eba616d
V & V S.A - 80038216-1	825.000.000	02-12-2019	11:49:01.018 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12e4c62ec7b289c34abaca9ea60739c0
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	830.000.000	02-12-2019	11:48:57.506 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	535ee8d013846bf8835c5e04e7f4d1c8
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	830.000.000	02-12-2019	11:49:00.082 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b927cc39dfce16cfacf7c769e36bf9e3
V & V S.A - 80038216-1	835.000.000	02-12-2019	11:48:55.537 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0fb47e982afbac180ae0066b22a7b1f
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	835.000.000	02-12-2019	11:48:58.375 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	345418cf85c9ca50600e445a6791f32b
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	845.000.000	02-12-2019	11:48:49.556 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb2519f7909a8efe379d1d47933d1b6a
BIOERIX S.A. - 80051821-7	845.000.000	02-12-2019	11:48:58.827 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08df92ae702632b8c94dfcfb80735509
V & V S.A - 80038216-1	850.000.000	02-12-2019	11:48:51.404 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	683843bfe96324e1130f471c97e55032
V & V S.A - 80038216-1	860.000.000	02-12-2019	11:48:46.517 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71a09a7842c5d4edae4d7f6ef059fa2a
V & V S.A - 80038216-1	865.000.000	02-12-2019	11:48:41.816 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8949ba623229c88a2ea0b74011ba306
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	865.000.000	02-12-2019	11:48:43.827 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d89dd3fe7db990257e2d67d1c89a2f46
BIOERIX S.A. - 80051821-7	865.000.000	02-12-2019	11:48:50.128 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	626707aab647ae2fac0fad59b5991701
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	870.000.000	02-12-2019	11:48:44.792 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5c52d4af636cab8019b73c4bfa7bb42
V & V S.A - 80038216-1	875.000.000	02-12-2019	11:48:37.099 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f31f0f67041ec63f34f5e10f6b485d71
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	880.000.000	02-12-2019	11:48:33.014 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f843139db72f5c90153ed3649bdec94
V & V S.A - 80038216-1	885.000.000	02-12-2019	11:48:32.811 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6924702187e8bab86f0a0c0c9ee07ab
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	890.000.000	02-12-2019	11:48:27.287 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7aa2227a9c312cee2c0c5b750d7a1d3
BIOERIX S.A. - 80051821-7	890.000.000	02-12-2019	11:48:40.087 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8ba29b972cef9f2ee3776d67b31fa67
V & V S.A - 80038216-1	895.000.000	02-12-2019	11:48:27.304 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ed257515f102519f2b22fbb5bbc492e
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	899.000.000	02-12-2019	11:48:24.310 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c745d8a958ae3800ee1a638628c5c4b1
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	900.000.000	02-12-2019	11:48:20.797 Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	053b29fb0781124c78848686929c893c
V & V S.A - 80038216-1	900.000.000	02-12-2019	11:48:22.757
		Código Verificador:	7904fbb14a85c6dfdc12e1dee27da2f0
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	900.000.000	02-12-2019	11:48:27.005
		Código Verificador:	c997376de88daee220d60bdd880371ef
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	910.000.000	02-12-2019	11:48:13.123
		Código Verificador:	ee3be241a07b1a853805dd0a222226f4
BIOERIX S.A. - 80051821-7	910.000.000	02-12-2019	11:48:27.995
		Código Verificador:	6adda9ed3a07f44ec158f23b9ea3793e
V & V S.A - 80038216-1	915.000.000	02-12-2019	11:48:15.377
		Código Verificador:	b6ce3c9c2cac5bbae2e1f8d2adfc52bf
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	920.000.000	02-12-2019	11:48:07.980
		Código Verificador:	7479e4752c2a9c80c9cb7cea44b0f809
V & V S.A - 80038216-1	925.000.000	02-12-2019	11:48:11.044
		Código Verificador:	9b23c11107398c497eac22d97eafccd8
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	930.000.000	02-12-2019	11:48:04.540
		Código Verificador:	a2f515614a7140e23b62bf38c288ac9e
V & V S.A - 80038216-1	930.000.000	02-12-2019	11:48:06.117
		Código Verificador:	b4a039485a699d24b076afb3846b3256
V & V S.A - 80038216-1	935.000.000	02-12-2019	11:48:00.906
		Código Verificador:	80be400230bba40e0566e5f63f20e85b
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	940.000.000	02-12-2019	11:48:04.301
		Código Verificador:	71764a110a60188eea1193dd87df17e2
BIOERIX S.A. - 80051821-7	950.000.000	02-12-2019	11:47:55.766
		Código Verificador:	3706b71a5d568a8f11499b6ccc6d019a
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	950.000.000	02-12-2019	11:47:55.924
		Código Verificador:	2af7e26f90d23cdf2ff25caecbe7d35d
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	960.000.000	02-12-2019	11:47:58.727
		Código Verificador:	2fb79476b236b10e76887f5d0c8514bb
V & V S.A - 80038216-1	970.000.000	02-12-2019	11:47:55.805
		Código Verificador:	97bf1ebce5c1767f48b351e23a070849
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	970.000.000	02-12-2019	11:48:04.038
		Código Verificador:	af03da740e11c2c8314d7427f1b05376
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	975.000.000	02-12-2019	11:47:48.632
		Código Verificador:	9f34e2088b90dc5bf1076c97bb246d86
V & V S.A - 80038216-1	975.000.000	02-12-2019	11:47:50.129
		Código Verificador:	062208699668bf6583ea3b5dc39d8a1a
V & V S.A - 80038216-1	980.000.000	02-12-2019	11:47:42.887
		Código Verificador:	4b014ef6e5e8d46c4a0b956af58a4cb9
V & V S.A - 80038216-1	985.000.000	02-12-2019	11:47:37.614
		Código Verificador:	48bb5ac7f66a7386d5cd2262fb5452bd
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	995.000.000	02-12-2019	11:47:41.495
		Código Verificador:	5c430b8feb4acfec601472e594da0e62
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	998.000.000	02-12-2019	11:47:43.522
		Código Verificador:	44e708d2e600bb088ec621d6a445f652
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	999.000.000	02-12-2019	11:47:28.780
		Código Verificador:	a5d2fd6c55ab6d76e988da4a425fc097
V & V S.A - 80038216-1	1.007.000.000	02-12-2019	11:47:31.183
		Código Verificador:	2d8db00cccd5a2a8017ec2bef7365d81
V & V S.A - 80038216-1	1.009.000.000	02-12-2019	11:47:25.492
		Código Verificador:	e2dc596a0e7cd7e7154a637f04347f16
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.010.000.000	02-12-2019	11:47:16.302
		Código Verificador:	8abf5d63063da9f87492d799d5f3d851
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.020.000.000	02-12-2019	11:47:29.300
		Código Verificador:	

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	596d1c041d4824a6ec5f566933234b92	
V & V S.A - 80038216-1	1.025.000.000	02-12-2019	11:46:55.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	445396ef92e09c14218c4d6bf7b69848	
V & V S.A - 80038216-1	1.028.000.000	02-12-2019	11:46:49.541	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15709d87d80345d762a2817ee0b7e748	
V & V S.A - 80038216-1	1.035.000.000	02-12-2019	11:46:43.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	165ca78ea6b994bcab72144d80c44de9	
V & V S.A - 80038216-1	1.040.000.000	02-12-2019	11:46:38.392	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fead5d7ca0462256db37e0b1863ec7e8	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.044.000.000	02-12-2019	11:47:23.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed4cb8530773343ad66766067588be03	
V & V S.A - 80038216-1	1.045.000.000	02-12-2019	11:46:31.180	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2295d8c52e9668d7fac9ef3229a7391e	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.049.000.000	02-12-2019	11:46:54.220	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18ba3d242b2883ed19f9c00feffc68cd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.050.000.000	02-12-2019	11:46:25.251	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3921f56e2576cdb7801049da621b79ff	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.064.000.000	02-12-2019	11:46:42.609	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc3249c0c507953d0e6e6760771cf518	
V & V S.A - 80038216-1	1.065.000.000	02-12-2019	11:46:25.156	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69567809b60781c95314a1dcb716652a	
V & V S.A - 80038216-1	1.070.000.000	02-12-2019	11:46:18.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e5bf7b2553a7475a0f8785de26115ce	
V & V S.A - 80038216-1	1.075.000.000	02-12-2019	11:46:12.170	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdd4f96bce503e14d213011cf2fd91	
V & V S.A - 80038216-1	1.078.000.000	02-12-2019	11:46:04.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e58193077d44c63ed5e66a651c81ca0f	
V & V S.A - 80038216-1	1.080.000.000	02-12-2019	11:45:55.422	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2dc20eae205749cc751e169bfff4241	
V & V S.A - 80038216-1	1.085.000.000	02-12-2019	11:45:49.688	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abc91df563d2d37dfd0bcc432ca9bd32	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.087.150.000	02-12-2019	11:46:28.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c9fee92992b0278624d8ac45e741839	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.087.155.000	29-11-2019	08:02:41.916	Propuesta
		Código Verificador:	c6fbb6d25c2cccbaf94a37c8ba114329	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.094.000.000	02-12-2019	11:46:12.056	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1628a6e70e1fa073f7e2a62d3292231	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.095.000.000	02-12-2019	11:29:03.816	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0a56317e7aca82341d0544b476a7eeca	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.096.290.000	29-11-2019	08:02:41.915	Propuesta
		Código Verificador:	dd69cb96d37d548ecfcb44bee7654e3b	
V & V S.A - 80038216-1	1.096.326.000	29-11-2019	08:02:41.911	Propuesta
		Código Verificador:	8c39140a34faa8f1b7edf1976cff3d57	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.125.000.000	29-11-2019	08:02:41.909	Propuesta
		Código Verificador:	c08aed4208e3a7f729929cbce3d187df	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.187.691.300	29-11-2019	08:02:41.918	Propuesta
		Código Verificador:	403103e68892ce1b3f2d9c802d9b55f4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.348.000.000	02-12-2019	11:39:39.709	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b2bd4d68600b03fa50e9e44a260c1ede	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.349.000.000	02-12-2019	11:34:48.045	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5f4b585799924bd6d816aa70e486cb05	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.350.000.000	29-11-2019	08:02:41.920	Propuesta
		Código Verificador:	980417d512a81afc48648a1e1a7f578e	

37 - CAMILLA FIJA DE INSPECCION

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	112.500.000	02-12-2019	12:07:26.917	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	b996a9e2d89b6ab7609d9c672da96b4f
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	113.000.000	02-12-2019	12:07:08.186
		Código Verificador:	b4931d42dfed2ce73c52b74bfb20ad6e
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	114.000.000	02-12-2019	12:06:55.873
		Código Verificador:	1492e61b14c448a12649e5e140b69135
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	114.500.000	02-12-2019	12:06:45.789
		Código Verificador:	08b0c7c6bcd159909ad526a9622706a1
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	115.000.000	02-12-2019	12:06:29.027
		Código Verificador:	c6367d5892e3d660655fea4527cc3811
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	116.000.000	02-12-2019	12:06:20.659
		Código Verificador:	1226bdbfad81a73d977d4a5385229506
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	117.000.000	02-12-2019	12:06:14.274
		Código Verificador:	a0401a8b06aec8866c6ca70eb419ac50
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	117.500.000	02-12-2019	12:06:25.527
		Código Verificador:	f2d269aad2bd8cd02f7c75eca3063279
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	118.000.000	02-12-2019	12:06:02.770
		Código Verificador:	67c01678b13280272bd181a4e44943a9
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	118.000.000	02-12-2019	12:06:09.853
		Código Verificador:	58ede93ea446f4b7b3e73c6965581007
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	119.000.000	02-12-2019	12:05:54.324
		Código Verificador:	01582d833d0802b43e5b39e249a41d04
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	119.500.000	02-12-2019	12:05:43.085
		Código Verificador:	2119278f2f78ef520c893ea14fd64656
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	120.000.000	02-12-2019	12:05:49.921
		Código Verificador:	e7770e58026fd80530e9e09c24005b13
V & V S.A - 80038216-1	120.000.000	02-12-2019	12:07:17.134
		Código Verificador:	f9af041cefeb919565a98f47b5289c35
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	120.500.000	02-12-2019	12:05:19.667
		Código Verificador:	cc6a8b4fc45f53a28852efa2fe5939ee
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	121.000.000	02-12-2019	12:05:40.084
		Código Verificador:	9cc4bf221b854ce6ce581949ef3c363b
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	122.500.000	02-12-2019	12:05:06.592
		Código Verificador:	935c6b56770a594cc9667ba783cd89bc
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	123.500.000	02-12-2019	12:04:57.965
		Código Verificador:	c92cb9929476d339ee8a1fb8ecd1f13d
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	124.500.000	02-12-2019	12:05:01.364
		Código Verificador:	7268cf0b35194fc3c0056a1f7981ed7d
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	126.000.000	02-12-2019	12:04:40.674
		Código Verificador:	db583751099be48adc72e6e40cad6f56
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	127.000.000	02-12-2019	12:04:34.692
		Código Verificador:	7726be97201b75c629ecb0e99fa21085
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	128.000.000	02-12-2019	12:04:21.758
		Código Verificador:	ba5c657693b243966c4250aa4a91376e
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	130.000.000	02-12-2019	12:03:59.049
		Código Verificador:	e3e2db1deb284de92b02c880dcb9d311
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	131.000.000	02-12-2019	12:03:55.187
		Código Verificador:	a7fb0a7ce5142359be621d84d8482315
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	132.000.000	02-12-2019	12:03:17.450
		Código Verificador:	1b112276fa13f3d300be520b34ed631e
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	133.690.700	29-11-2019	08:02:42.185
		Código Verificador:	7f42e8b181dae4c944ee64bbcab7047d

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	312.537.000	29-11-2019	08:02:42.181	Propuesta
		Código Verificador:	86e60a68978d714c63b2033c96cfdde	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	338.581.800	29-11-2019	08:02:42.183	Propuesta
		Código Verificador:	56ac4f1fd60afe83a7e09c5469b43610	

38 - CAMILLA DE INSPECCION GINECOLÓGICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.674.222	29-11-2019	08:02:42.416	Propuesta
		Código Verificador:	6ef2c044d04ec142e6324bc67f487b93	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	15.600.000	29-11-2019	08:02:42.414	Propuesta
		Código Verificador:	1b87281856a4255771e5a8edddda583e	

39 - CAMILLA ORTOSTÁTICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	49.799.000	02-12-2019	12:46:26.679	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a23d73b9ba7c0c6b4c304939852d7f3f	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	49.990.000	02-12-2019	12:46:17.726	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a21794f97a05eaa3c0d47db63cb85a30	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	50.099.000	02-12-2019	12:45:58.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45c4cfd774d52396ab6e6477da654e58	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	50.799.000	02-12-2019	12:46:10.078	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0243615adbc0effb02ac19e32a0b78c	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	51.099.000	02-12-2019	12:45:46.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7f5d491f583cecd4b1f724080cfa9b2	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	51.199.000	02-12-2019	12:45:41.649	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8af95320612ee172be2de90f407a3a21	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	51.899.000	02-12-2019	12:45:44.857	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6360cf4c4a09a3d773d494e2a5f0e19	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	52.198.000	02-12-2019	12:45:33.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6995d4595f64fe86d9ad87197eb474e3	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	52.199.000	02-12-2019	12:45:20.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec7fcd714d350fac0fa8303cfa0343d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	52.799.000	02-12-2019	12:45:15.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03f1e3e39f295cbeb8ad384f3d045200	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	52.999.000	02-12-2019	12:45:08.554	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5624663dfe686304d7891f4fd9e020	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	53.199.000	02-12-2019	12:45:15.659	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dcaabfd9c4f6e2abfba7573510763d8f	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	53.499.000	02-12-2019	12:44:57.740	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82018c6326e703f8009dfde5e5b4ecc4	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	53.848.000	02-12-2019	12:44:48.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10cd925192102d8d03010821b3fa1201	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	53.849.000	02-12-2019	12:44:29.376	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3acb90c5af98cbb6f5751e3f818d42b	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	54.900.000	02-12-2019	12:44:09.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0cce33b3316e940cf17e7e27c58f3ed	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	54.950.000	02-12-2019	12:44:02.946	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	421028f21836b6786a220449cd898813	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	55.949.000	02-12-2019	12:43:52.752	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b13a75227476ad5a93b00d6df2a1cb45	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	55.950.000	02-12-2019	12:43:29.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3757277aae68ccc4977afe6bd491ecfc	

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	56.949.000	02-12-2019	12:43:41.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b75da9c23f207526853aa3afb62efb7	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	56.950.000	02-12-2019	12:42:29.826	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2eca02bd2279de21ad9be6a875d87a80	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	57.000.000	29-11-2019	08:02:42.512	Propuesta
		Código Verificador:	b92417dadf753b8980fea6fdf8dc3835	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	58.950.000	02-12-2019	12:41:50.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	373d1649876f86944f0e4839e6adf4d7	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	74.646.000	29-11-2019	08:02:42.554	Propuesta
		Código Verificador:	dfe4d974e047f1037ed90ee852cfc61	

41 - CAMILLA TIPO BOBATH

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	30.399.000	02-12-2019	12:58:24.834	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e8ff5e6ec7bfa12bf32fca7f426db57	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	31.500.000	02-12-2019	12:57:55.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7743e2ebd644de9d5be295975907a047	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	32.699.000	02-12-2019	12:58:00.752	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edd207c7ef0409f203be7eac2fee06b5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	32.999.000	02-12-2019	12:57:48.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7618b5a3bac313768a5c59b2c5a42f56	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	33.500.000	02-12-2019	12:57:17.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94173b73759eddf2fec03290120eeb2a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	36.499.000	02-12-2019	12:57:11.465	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fdb04afab37b40846c3ae24402f144c	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	36.500.000	02-12-2019	12:56:55.449	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a35aaa9be408b03e3feb21f9405fdded1	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	36.800.000	29-11-2019	08:02:42.696	Propuesta
		Código Verificador:	ea7bd4ae0b49ecd23a045d384ddf1480	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	48.966.232	29-11-2019	08:02:42.698	Propuesta
		Código Verificador:	7b649181efbe38169a6d0255c2fcbf67	

42 - CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	1.225.000.000	29-11-2019	08:02:42.735	Propuesta
		Código Verificador:	61d1a11da833a445da5feaab275590ab	

43 - CAMPANA DE FLUJO LAMINAR

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	912.000.000	29-11-2019	08:02:42.772	Propuesta
		Código Verificador:	e39bdee8a8b9c374c8310a201bb9f7d3	

44 - CARRO DE CURACIÓN

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	307.000.000	02-12-2019	14:00:14.962	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	297594ca7a073ed97f44a0df342f8e29	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	308.000.000	02-12-2019	13:59:58.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	670ba6d5c7fb924baade57bfa2ae1454	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	309.000.000	02-12-2019	13:59:52.023	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d8292ce9c5c67ed5b4efea6495751b8	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	310.000.000	02-12-2019	13:59:42.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	962c6a180fa767fb36a642d8f01d5346	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	310.000.000	02-12-2019	13:59:47.551	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7dc5d57737f1b4c643b4450ce77bcda5	
V & V S.A - 80038216-1	311.000.000	02-12-2019	13:59:37.523	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db49dbdbe69dc7704e65258bdf44cecd	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	311.000.000	02-12-2019	13:59:40.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	108644efce178a49fd7337e81615ef0f	
V & V S.A - 80038216-1	312.000.000	02-12-2019	13:59:33.061	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f1e801a7e24a41705bea065659da6c6	
V & V S.A - 80038216-1	313.000.000	02-12-2019	13:59:28.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c3994abfcad9ff8ef6ad2932506f14e	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	314.000.000	02-12-2019	13:59:01.365	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a6a8274c123e38e40db289610a5aa6d	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	315.000.000	02-12-2019	13:58:46.700	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d798fe34fac6519190f78cae05053b3f	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	316.000.000	02-12-2019	13:58:37.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13a11f44dde50a6fac30606d350d61db	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	317.000.000	02-12-2019	13:58:26.331	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93bd5b30851a2877c58bb67e33d1a3e3	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	318.000.000	02-12-2019	13:58:18.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb087ad4b7c851d14805cfd9d56296d	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	319.000.000	02-12-2019	13:58:12.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2df73827d2b2e53a6f1df2e31878f86	
V & V S.A - 80038216-1	320.000.000	02-12-2019	13:58:12.487	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce5228acf3124f7d12b5a089622dc885	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	321.000.000	02-12-2019	13:58:06.104	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a307956be4469ef5f2fa6457e1b130f3	
V & V S.A - 80038216-1	321.000.000	02-12-2019	13:58:08.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3101558c17e04e976778abf388fda9b0	
V & V S.A - 80038216-1	322.000.000	02-12-2019	13:58:04.455	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae99631b9b4e789c7a481316d2f33c5f	
V & V S.A - 80038216-1	323.000.000	02-12-2019	13:58:00.500	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eccb314156f74644ad88c547de91eeb3	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	323.000.000	02-12-2019	13:58:01.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8ecc073cf0fe9bfff3d550b0efc699dd	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	324.000.000	02-12-2019	13:57:56.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc964e8cfd16207099e2d4346b34000c	
V & V S.A - 80038216-1	324.000.000	02-12-2019	13:57:56.266	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ada5d3569f52b6919c1b2d010dd8e8b	
V & V S.A - 80038216-1	325.000.000	02-12-2019	13:57:48.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55ead37aa0b6f0611a4e494e76ddc9cd	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	327.000.000	02-12-2019	13:57:51.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb8618790a7eb5f21970520c0ad25cf9	
V & V S.A - 80038216-1	328.000.000	02-12-2019	13:57:44.530	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8c82a334a8d456c1f35166dd587d2b6	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	328.000.000	02-12-2019	13:57:47.748	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3189af8f26694673d768bdb73dbc25af	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	329.000.000	02-12-2019	13:57:41.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af96613bff7cf1c7a1bb6dedbe9b59c	
V & V S.A - 80038216-1	331.000.000	02-12-2019	13:57:39.925	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	582e9732942e00135736a99678c4ebf5	

Listado General de todas las Ofertas

CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	332.000.000	02-12-2019	13:57:32.048	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34dc0aebf392cd68d197b9d46a380a21	
V & V S.A - 80038216-1	333.000.000	02-12-2019	13:57:35.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a231bd945d304b9c1927c624e361dfc1	
V & V S.A - 80038216-1	335.000.000	02-12-2019	13:57:27.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	581c701babf7effbe573ccf2f1163d4	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	343.000.000	02-12-2019	13:57:27.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13ffbeb7772affe2a649544e146f7b7f	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	345.000.000	02-12-2019	13:57:23.556	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5133258fde2d76bbcb3e9a1fddf957e	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	346.000.000	02-12-2019	13:57:18.337	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	217999311bbea077377b914b001e75c4	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	347.000.000	02-12-2019	13:57:14.065	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d86d30e01bf4dff7048cbf9b2bc73f1	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	349.000.000	02-12-2019	13:57:09.156	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc43c6a088a3e5a5d3e76552db9b0f7f	
V & V S.A - 80038216-1	349.500.000	02-12-2019	13:57:10.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	993c0ce386545739e24d01233f55c7aa	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	350.000.000	02-12-2019	13:57:02.773	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95f3c2d144cb594b0c270316967c2b22	
V & V S.A - 80038216-1	350.000.000	02-12-2019	13:57:06.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce26c38c2f4ebdb2b0dad73ff96f21ed	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	355.000.000	02-12-2019	13:56:58.907	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28d24c3f6e8a7b023d0ab4c0b90c3f0d	
V & V S.A - 80038216-1	358.000.000	02-12-2019	13:57:02.705	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11d845b846f0be38fe2397e9fa245704	
V & V S.A - 80038216-1	359.500.000	02-12-2019	13:56:58.399	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	843a9436cc8e2d553982aa78940220fe	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	360.000.000	02-12-2019	13:56:51.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6bd4b049f56d69d38658f01f643c3d5	
V & V S.A - 80038216-1	361.000.000	02-12-2019	13:56:54.267	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8d56e829edb6118475aca03ca68c45d	
V & V S.A - 80038216-1	363.000.000	02-12-2019	13:56:49.817	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6296aad0fe74a7672b03ba20cccc545	
V & V S.A - 80038216-1	365.000.000	02-12-2019	13:56:45.423	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64587bcd2674ba76d98291f4ca7aba69	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	366.000.000	02-12-2019	13:56:48.135	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	129c059af34b7ff6dfcc0469f05b534b	
V & V S.A - 80038216-1	370.000.000	02-12-2019	13:56:40.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05681afa17c167fb952fbad3ede582ba	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	370.000.000	02-12-2019	13:56:43.641	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4cf39ee27487c12bb066733c7b3afe5	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	374.000.000	02-12-2019	13:56:33.125	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90fb488e35d12ed2c4d4893b62c924ad	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	379.000.000	02-12-2019	13:56:24.049	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1da921fb3d12a11631c28f8fa4d7ce92	
V & V S.A - 80038216-1	380.000.000	02-12-2019	13:56:36.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfca0bed6f03f1c21d5a7d066eff05dd	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	385.000.000	02-12-2019	13:56:03.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb9a83b38b58e068ab0107613f72047a	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	389.000.000	02-12-2019	13:55:54.011	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	505017a2de2493d649c905dfb567a5c0	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	400.000.000	02-12-2019	13:55:43.070	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afc699a3bd91c894d9372f9370f887be	
V & V.S.A - 80038216-1	409.500.000	02-12-2019	13:55:36.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3e48c308e60b158419d324576961137	
V & V.S.A - 80038216-1	410.000.000	02-12-2019	13:55:32.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e80cd51003fc70302d99831306b5ebc	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	410.000.000	02-12-2019	13:55:36.478	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3bd10fb6c0e6ce05a857d371b6192c9c	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	414.000.000	02-12-2019	13:55:26.232	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0bd7f3261e5e74f0225489883b5deaaa	
V & V.S.A - 80038216-1	415.000.000	02-12-2019	13:55:26.898	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b11e5f641d976cd06d7f7ef4d2284cfe	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	419.000.000	02-12-2019	13:55:17.065	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5559d901412b6c2d21befdf285d7d96d	
V & V.S.A - 80038216-1	425.000.000	02-12-2019	13:55:21.400	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d1e6b1bf63140bfa04569205ee8c5c0	
V & V.S.A - 80038216-1	427.000.000	02-12-2019	13:55:16.899	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d847ff42cccebf94838f6ab6f74647ac	
V & V.S.A - 80038216-1	429.000.000	02-12-2019	13:55:12.792	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddf40800b8e21bdbff0d00cfead3365e	
V & V.S.A - 80038216-1	435.000.000	02-12-2019	13:55:08.487	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b7b9f80c1917c102a42f8f527aba835	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	439.000.000	02-12-2019	13:54:59.362	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7cf918136dd08fb6980e0164d16f7dd8	
V & V.S.A - 80038216-1	450.000.000	02-12-2019	13:55:02.124	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2431b516f304c024bbbc120061ebcef	
V & V.S.A - 80038216-1	455.000.000	02-12-2019	13:54:58.205	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32da4feb1a8185b6e35a36e5cedd609c	
V & V.S.A - 80038216-1	457.000.000	02-12-2019	13:54:53.530	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3e8ce7de26a9f4f62cc680c9c42e0bb	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	459.000.000	02-12-2019	13:54:51.677	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3cac2fbec7551ebd0f0cc42d1550ad5	
V & V.S.A - 80038216-1	465.000.000	02-12-2019	13:54:48.556	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0782fc79623918d7e89b7be390d6a9aa	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	479.000.000	02-12-2019	13:54:41.754	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe7ab83342977f217db46531b20f0860	
V & V.S.A - 80038216-1	490.000.000	02-12-2019	13:54:43.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	063735938f216769d496deebf446c4b3	
V & V.S.A - 80038216-1	495.000.000	02-12-2019	13:54:39.632	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb428bb551e4ec013d8dba0de1a30771	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	499.000.000	02-12-2019	13:54:30.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	baab9a6c0691540aa4802e0f952d1750	
V & V.S.A - 80038216-1	499.500.000	02-12-2019	13:54:35.092	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ad1d363f060d0423fb696aa8ccfab22	
V & V.S.A - 80038216-1	500.000.000	02-12-2019	13:54:30.343	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8861f8ee46720f15d2540b97cf526234	
V & V.S.A - 80038216-1	510.000.000	02-12-2019	13:54:23.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	305e8b431dc81be9057733b57996aaca	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	520.000.000	02-12-2019	13:54:16.324	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31d9ccf3a346df88b43c47f29b29a098	
V & V.S.A - 80038216-1	530.000.000	02-12-2019	13:54:18.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18ff05512e7efbdcf30dfdc288e42972	
V & V.S.A - 80038216-1	535.000.000	02-12-2019	13:54:11.903	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	b852e1a5c125530bd85cf028038cf1a2	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	550.000.000	02-12-2019	13:53:33.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5945631b3a60ff4fd14a21a32cddb77	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	600.000.000	02-12-2019	13:53:03.828	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	552d410b89c8c5fbf0070b3fa61c751f	
V & V S.A. - 80038216-1	620.000.000	02-12-2019	13:53:01.778	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1daab94e7c443eab7e025ba96d964c4	
V & V S.A. - 80038216-1	630.000.000	02-12-2019	13:52:56.537	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	162f7941fc5124726a7f603742f8f19b	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	650.000.000	02-12-2019	13:52:46.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7a0db80309d18e8f7a43dae45f942e7	
V & V S.A. - 80038216-1	689.000.000	02-12-2019	13:52:51.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b084bb6c102ac40ed816df40c30333fe	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	690.000.000	02-12-2019	13:52:31.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2959e4eed36100566c4976d5aba02fa6	
V & V S.A. - 80038216-1	694.418.400	29-11-2019	08:02:42.974	Propuesta
		Código Verificador:	acdc970c29cc89df7432cff7822faf23	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	700.000.000	02-12-2019	13:53:01.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37e97756a0006a36b8b2cd64c7da6428	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	752.286.600	29-11-2019	08:02:42.986	Propuesta
		Código Verificador:	4251e41a76323dee17643263cb416917	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	760.000.000	02-12-2019	13:52:02.966	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bee0614df1c1012d14d8e0a81f51edec	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	838.864.377	29-11-2019	08:02:42.988	Propuesta
		Código Verificador:	76466659ed9520db78946a7046c910b5	

45 - CENTRO DE INCLUSIÓN DE PARAFINA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IN SITU S.A. - 80027373-7	117.000.000	02-12-2019	14:13:21.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aaafd88ddb8f107b3795e1bd13435290	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	124.690.000	02-12-2019	14:13:36.683	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a577ab391e0432dfca553fa895c512e	
IN SITU S.A. - 80027373-7	124.700.000	29-11-2019	08:02:43.098	Propuesta
		Código Verificador:	b58e1fbd22d7c1efaa58717bba308c44	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	318.000.000	29-11-2019	08:02:43.096	Propuesta
		Código Verificador:	d3bfbe3598ba583ddc1a94286ce5b44b	

47 - CITOCENTRÍFUGA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	59.640.000	29-11-2019	08:02:43.204	Propuesta
		Código Verificador:	ba6d7c6f30d4b23a595ec7e3c7ac856a	
IN SITU S.A. - 80027373-7	79.000.000	29-11-2019	08:02:43.209	Propuesta
		Código Verificador:	72843c0dedc297a5e5722f8014b890d9	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	150.000.000	02-12-2019	14:43:45.426	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d35b88232b20a8cecccd020613bc2dc84	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	240.688.000	29-11-2019	08:02:43.205	Propuesta
		Código Verificador:	6b35ae76299ec3f9f8c8087b2771188d	

48 - CRIOSTATO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IN SITU S.A. - 80027373-7	227.000.000	02-12-2019	15:10:58.823	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1961cc55d8911e38ea733cd2fad48b2	
IN SITU S.A. - 80027373-7	237.000.000	02-12-2019	15:10:26.061	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34a684712937f3f7cfc7d3c091b26da1	

Listado General de todas las Ofertas

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	248.999.990	02-12-2019	15:10:08.269	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	213f831819853c3afb041355015f240e	
IN SITU S.A. - 80027373-7	249.000.000	02-12-2019	15:09:04.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e713e725cd308e84d5c602e502b0d297	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	277.999.990	02-12-2019	15:08:34.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	deb6781e1e391e1550e4e3c383c0b1fd	
IN SITU S.A. - 80027373-7	278.000.000	02-12-2019	15:07:43.041	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	729334ce1cdd8f7c4b0363e474a4d9fd	
IN SITU S.A. - 80027373-7	297.000.000	29-11-2019	08:02:43.286	Propuesta
		Código Verificador:	9ab63783f0c578cb9c1bcf1655d455df	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	615.000.000	29-11-2019	08:02:43.282	Propuesta
		Código Verificador:	71424ac9f0acbd8190c2cbe8457e3a7d	

49 - DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	738.000.000	02-12-2019	15:42:03.792	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2380c3d5fd87b4cbb2ee6d6fc825168	
V & V S.A - 80038216-1	740.000.000	02-12-2019	15:41:59.317	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e8e88895252bbdb33a061b5cbcaa017	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	743.000.000	02-12-2019	15:42:01.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f71cb4d3ee723b7a014237c9970045d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	745.000.000	02-12-2019	15:41:51.213	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4f7721b4805f7e430703e67136709e0	
V & V S.A - 80038216-1	748.500.000	02-12-2019	15:41:36.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f0715f88b8359c6b16199f6d03da635	
V & V S.A - 80038216-1	749.500.000	02-12-2019	15:41:30.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef4a1ba84ae7038610f0fbc918f488b4	
V & V S.A - 80038216-1	750.000.000	02-12-2019	15:41:24.832	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b25ee2c9f584b8a3b9e7e171493fec71	
V & V S.A - 80038216-1	751.000.000	02-12-2019	15:41:19.715	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91cf685c6beb5a7314bedcb23325ff23	
V & V S.A - 80038216-1	753.000.000	02-12-2019	15:41:14.953	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7cc06d268b760b977121ea852db9531	
V & V S.A - 80038216-1	755.000.000	02-12-2019	15:41:07.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0497c9b47f12d46760a4157611d3d7ac	
V & V S.A - 80038216-1	758.000.000	02-12-2019	15:41:02.662	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75d83774f0cdf9322367f6d37094a95e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	760.000.000	02-12-2019	15:41:08.109	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9f91672a54644419c8a3e8ddceab37c	
V & V S.A - 80038216-1	761.000.000	02-12-2019	15:40:54.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96e438794be655254e0087109d87cb56	
V & V S.A - 80038216-1	763.000.000	02-12-2019	15:40:49.333	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	357e4eb9c07d0194abff2a1276fc364c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	763.900.000	02-12-2019	15:40:52.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60927f29bb2352236ba053413aebcfa	
V & V S.A - 80038216-1	765.000.000	02-12-2019	15:40:44.396	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed3010e771458a5b35103560be038c89	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	765.900.000	02-12-2019	15:40:45.056	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	159c00b1720e1e9ffd720de91a233bdc	
V & V S.A - 80038216-1	768.000.000	02-12-2019	15:40:39.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f67b17b2e819d357e41800664f28626	
V & V S.A - 80038216-1	769.500.000	02-12-2019	15:40:34.914	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	649c86f6e9e922c06e941d3482020a57	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	770.900.000	02-12-2019	15:40:37.235	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	036a5524db64be5618f3badf4ee95b55	
V & V S.A - 80038216-1	771.000.000	02-12-2019	15:40:29.817	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	598fa9ffbcccd5212f86faceabe98aa	
V & V S.A - 80038216-1	773.000.000	02-12-2019	15:40:22.929	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	0acb95d2f1bcb04716c0831af69980b3
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	774.900.000	02-12-2019	15:40:20.415 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7735126c2e7a577d1541a302d8661a75
V & V S.A - 80038216-1	775.000.000	02-12-2019	15:40:17.234 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd43844f0d739a6c1ae7bccaf2451657
V & V S.A - 80038216-1	778.000.000	02-12-2019	15:40:11.914 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae93394c7e30182bd9192f92f2fdeb1e
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	779.000.000	02-12-2019	15:40:10.233 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13c62334b0c366b918536cdd304c8fb4
V & V S.A - 80038216-1	780.000.000	02-12-2019	15:40:06.636 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c878a2c8ec75bfc185c94b3d0baebdc
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	785.000.000	02-12-2019	15:39:52.866 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd6d52b173abefea08b2cef01e95df39
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	789.000.000	02-12-2019	15:39:45.700 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2832e7d3a6c87a56c96edaf8e5828c48
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	790.000.000	02-12-2019	15:40:06.389 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18ccc467b2deab9cf0520ee6da5ae93c
V & V S.A - 80038216-1	793.000.000	02-12-2019	15:39:33.304 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24e8f4f30918a823a47042873606494e
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	793.000.000	02-12-2019	15:39:36.803 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0079bc56501428e8395e6c04fb352d5a
V & V S.A - 80038216-1	795.000.000	02-12-2019	15:39:27.536 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c06c16474874df0cf5210cf09f09c217
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	795.000.000	02-12-2019	15:39:34.398 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a39174a3367815200f0987e8904c5347
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	796.000.000	02-12-2019	15:39:27.725 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	186d625a276747b8c4a16a1604651da2
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	798.000.000	02-12-2019	15:39:21.256 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e28810edef971ec65d17cc598e3d661
V & V S.A - 80038216-1	798.000.000	02-12-2019	15:39:22.869 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ce4d98c3f46f7c5bfa18e4d26cceclc
V & V S.A - 80038216-1	800.000.000	02-12-2019	15:39:17.200 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e8d98802843062d608bd208c6258afc
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	800.000.000	02-12-2019	15:39:25.153 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0bf5a9e1354a5e56649b0ddf4cca941c
V & V S.A - 80038216-1	802.000.000	02-12-2019	15:39:08.728 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a15cb7eb8fa83d18fdd25097ce626812
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	802.000.000	02-12-2019	15:39:11.874 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c927860e43445e2ad9fee7fdeca6ac3a
V & V S.A - 80038216-1	803.000.000	02-12-2019	15:39:03.857 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	459c82416adeb8fa65f317e9696153c1
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	803.000.000	02-12-2019	15:39:05.715 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14bf9fb63f219d34cd58179b7ad07e91
V & V S.A - 80038216-1	805.000.000	02-12-2019	15:38:58.871 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	441be93f541eeca888995296a8cb444e
V & V S.A - 80038216-1	806.000.000	02-12-2019	15:38:53.312 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	857e69e16f6ca2e9774207a7652c83af
V & V S.A - 80038216-1	808.000.000	02-12-2019	15:38:47.782 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1eda3ac99762e389fd1996dc291560f
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	809.000.000	02-12-2019	15:38:52.587 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	292bd52dd953c07e0ad0bedd3213b0fe
V & V S.A - 80038216-1	810.000.000	02-12-2019	15:38:41.969 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37ab270eba719e710347a77e31c2e2af
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	810.000.000	02-12-2019	15:39:07.604 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4df3e4faf13bd8599033a835b317672a
V & V S.A - 80038216-1	815.000.000	02-12-2019	15:38:37.058 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f750cd8b9ac60476b58c77eccc3302
V & V S.A - 80038216-1	818.000.000	02-12-2019	15:38:31.554 Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	0113b57166d70f5ebafe8e41c5b864ee	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	819.000.000	02-12-2019	15:38:30.435	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f565d0a280bfd1b95687cf45c952680e	
V & V S.A - 80038216-1	820.000.000	02-12-2019	15:38:25.824	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	398a1505487872867e7236b5606d8338	
V & V S.A - 80038216-1	821.000.000	02-12-2019	15:38:20.493	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	284fa52567476c13a49159559d5790de	
V & V S.A - 80038216-1	823.000.000	02-12-2019	15:38:16.212	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb23d0071a8232cd99ab5f5f075b631c	
V & V S.A - 80038216-1	825.000.000	02-12-2019	15:38:09.832	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9d9f9dd5236761b32197e2e41b8dafa	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	825.000.000	02-12-2019	15:38:18.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ccf4759ac8723134d51bcdea017da07	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	825.000.000	02-12-2019	15:38:33.811	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8aba5a335cfc2d92eccc042ff70c93326	
V & V S.A - 80038216-1	828.000.000	02-12-2019	15:38:03.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fbdcc6018b8a09e1da98a874d50bca41	
V & V S.A - 80038216-1	830.000.000	02-12-2019	15:37:54.358	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2c74d8746b281ab4ade2519de84953c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	832.000.000	02-12-2019	15:38:05.715	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be2a8f69727393ce91e27dd52adbff79	
V & V S.A - 80038216-1	835.000.000	02-12-2019	15:37:43.470	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddcf2f029b9be6b6e5532bbccd03367c	
V & V S.A - 80038216-1	840.000.000	02-12-2019	15:37:36.666	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d048b6f539f706df052fa4f287dbbac	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	840.651.840	29-11-2019	08:02:43.496	Propuesta
		Código Verificador:	b1197e486c2fea64aa35cf8e776caf1f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	910.000.000	02-12-2019	15:39:11.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c082b7efbc5a74b9582927b72f8eb70	
V & V S.A - 80038216-1	919.680.000	29-11-2019	08:02:43.492	Propuesta
		Código Verificador:	c5181623ec60aec60875fa62ea905b7c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	919.680.000	29-11-2019	08:02:43.494	Propuesta
		Código Verificador:	a873c07579a6b7d456195e5cdf34204e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.344.000.000	02-12-2019	15:41:21.070	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cb3f8abeda78b70e2b8f63cedc19ace	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.350.000.000	02-12-2019	15:39:04.339	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b7dd969a47af5e5150eec4bafdd1cd5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.357.000.000	02-12-2019	15:38:30.904	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b44bf2868c2ea74640b3024eb5fadca	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.358.000.000	02-12-2019	15:30:57.258	Etapa de Puja
		Código Verificador:	683f5def25852caf71950323085622a6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.359.000.000	02-12-2019	15:25:10.533	Etapa de Puja
		Código Verificador:	363c26e1ee99edf11371b035be4fe89f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.360.000.000	29-11-2019	08:02:43.495	Propuesta
		Código Verificador:	f9852435802b8a559c5f8de7e40311b7	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.600.000.000	29-11-2019	08:02:43.493	Propuesta
		Código Verificador:	15027862b94e7a662c274fdf7745ee2e	

51 - ENDOSCOPIO RÍGIDO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.248.000.000	03-12-2019	08:24:12.662	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5dba18788508d6541cbaefb8e9e326f5	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.482.355.000	29-11-2019	08:02:43.562	Propuesta
		Código Verificador:	a27d84dd54166a68094784b40bfb95d2	

52 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO DE PARED

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A. - 80038216-1	208.331.280	29-11-2019	08:02:43.630	Propuesta
		Código Verificador:	173ae66607e9adbccb23798228a452d1	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	276.000.000	03-12-2019	08:46:54.349	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	340c727bfd11d95cbd17d0ceb6c2da69	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	360.000.000	29-11-2019	08:02:43.634	Propuesta
		Código Verificador:	0e7aa0cd34e85824e810d300d4ad1229	

53 - EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	139.380.000	03-12-2019	09:10:54.316	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3b01cff94766dba397ac28e138ebaa43	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	172.000.000	03-12-2019	09:07:30.079	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ec10506b77df38014216c29c4df1eca6	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	173.000.000	03-12-2019	09:02:13.145	Etapa de Puja
		Código Verificador:	10ca2b0468cf2aaf3719781dc36605c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	174.000.000	29-11-2019	08:02:43.750	Propuesta
		Código Verificador:	94d13163bbbb1c2a72cd24b30c6b9947	

56 - EQUIPO PROCESADOR DE TEJIDOS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IN SITU S.A. - 80027373-7	320.000.000	29-11-2019	08:02:44.003	Propuesta
		Código Verificador:	95520dd44f4d015a7dc9df5f1f097f41	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	766.663.100	03-12-2019	09:38:56.281	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e017a56cb7156ff88f4c689ac2ffb89	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	1.220.000.000	29-11-2019	08:02:43.992	Propuesta
		Código Verificador:	9e0f33d1fe5d356eae91a18748ecd36c	

57 - EQUIPO SELLADOR DE VASOS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.000.000.000	29-11-2019	08:02:44.178	Propuesta
		Código Verificador:	ad09dd17f9275b97e4c2496f74410db9	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	2.000.000.000	29-11-2019	08:02:44.180	Propuesta
		Código Verificador:	a69a74322117dea7721240b8b74f6f2b	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.400.000.000	29-11-2019	08:02:44.183	Propuesta
		Código Verificador:	d0e4012413b7554d9a0b62cc89203c60	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.500.000.000	29-11-2019	08:02:44.182	Propuesta
		Código Verificador:	eceedace485a411060e98ce01624066f	

58 - ESCALERA DE ENTRENAMIENTO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	5.950.000	03-12-2019	10:01:01.175	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ab8923e65449549c8fffe3790aba455c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	7.000.000	29-11-2019	08:02:44.225	Propuesta
		Código Verificador:	8914c13f3ee326e6fdbf0d63e3b3d183	

59 - ESCALERAS DE DEDOS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.490.000	29-11-2019	08:02:44.275	Propuesta
		Código Verificador:	ff2d5987bd2ab9b200f8e5fc1581848c	

60 - ESPALDAR CON TECHO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.935.000	29-11-2019	08:02:44.352	Propuesta
		Código Verificador:	f7e8f7d3b12f22404ac9de6b858fd3db	

61 - ESTUFA DE CULTIVO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.935.000	29-11-2019	08:02:44.352	Propuesta
		Código Verificador:	f7e8f7d3b12f22404ac9de6b858fd3db	

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	150.400.000	03-12-2019	11:12:49.435	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8372f15bd5d4fd709e1dbbb1a870949	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	160.000.000	03-12-2019	11:13:18.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c0ace1cd3afdcf1873af11fd8c6cbc1	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	166.000.000	03-12-2019	11:12:39.789	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a881022ee7f39ad3996f024a859a2419	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	166.400.000	03-12-2019	11:10:44.704	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a098b41ef59a27a992c83e0afe2bff0	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	188.000.000	29-11-2019	08:02:44.568	Propuesta
		Código Verificador:	212e4eb11c0d46c99e8e4233f0de7f	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	192.000.000	29-11-2019	08:02:44.553	Propuesta
		Código Verificador:	a4555752a1a21a411023540e436edcdf	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	300.000.000	29-11-2019	08:02:44.559	Propuesta
		Código Verificador:	ccacc30c1aaa3f6cbd689761fb5df1b9	

62 - ESTUFA DE ESTERILIZACION

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	70.000.000	03-12-2019	11:34:09.066	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97d5b91dad5f8fcdeae4db8c28dd896e	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	72.500.000	03-12-2019	11:33:39.860	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93215ccf2b5cc7a4f723ff742293af9b	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	75.500.000	03-12-2019	11:33:16.397	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ede465a931b4dac547964a34421485f	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	76.000.000	03-12-2019	11:33:07.836	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ca1dd54365d6061cb38d132689c54ea	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	76.500.000	03-12-2019	11:32:43.682	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fae6d25226a68b3e379e4422e5c17fc8	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	77.000.000	03-12-2019	11:32:38.751	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdad1d7b32f7c0453840b4a8cab025ba	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	78.500.000	03-12-2019	11:32:33.824	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	329de3d93fdd987aec623a67b1db358c	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	79.100.000	03-12-2019	11:32:22.852	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61162546fff86ba3847841e2436b96d3	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	79.500.000	03-12-2019	11:32:04.947	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aee8ad4190d3a7e677b183155112f806	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	80.500.000	03-12-2019	11:31:49.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef1dfe13becb99fc5c2f7f9721e78f2c0	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	84.500.000	03-12-2019	11:30:30.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03493906517066dc849f00c41a7279c6	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	85.505.000	29-11-2019	08:02:44.743	Propuesta
		Código Verificador:	d8ff655a93c916c4cc49a12890ca5d3c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	139.300.000	29-11-2019	08:02:44.746	Propuesta
		Código Verificador:	561ef49be72afd1c7a43d48ae968f51e	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	175.000.000	29-11-2019	08:02:44.749	Propuesta
		Código Verificador:	1f664c72e846a66b58b43902915b5ccf	

63 - FRONTOLUZ

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	57.400.000	03-12-2019	11:51:14.086	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4868c8698ac32b698069618963fcf822	
ALBATROS SACI - 80002766-3	57.800.000	03-12-2019	11:50:59.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f1734803c6285cab9fdc79e43cab60a	

Listado General de todas las Ofertas

ALBATROS SACI - 80002766-3	58.000.000	03-12-2019	11:50:49.995	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7236d2411eae80e64707b42568954634	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	58.000.000	03-12-2019	11:51:01.210	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a22fc624110cffe005c43c1750037f0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	58.399.000	03-12-2019	11:50:41.495	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44aee26af20042257db9648c94b8bff3	
ALBATROS SACI - 80002766-3	58.800.000	03-12-2019	11:50:37.562	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b95a2c64e8e40b0c4a959fcfb7b4dbc1	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	58.999.000	03-12-2019	11:50:24.258	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	005071eca14b05eb7d6a10fd84953caf	
ALBATROS SACI - 80002766-3	59.000.000	03-12-2019	11:50:29.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a782c7eeefaceada0dc3bf10aee9d92	
ALBATROS SACI - 80002766-3	59.400.000	03-12-2019	11:50:14.986	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fc12f504dd2f47744a1a269dc3f1f52	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	59.799.000	03-12-2019	11:50:19.041	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35c77a7e1d60cf0fd4fad2e15083fe38	
ALBATROS SACI - 80002766-3	59.800.000	03-12-2019	11:50:04.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa88d5154895158309ff27edf56210e4	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	59.999.000	03-12-2019	11:49:54.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82e846649dc371346ef5eb9e44f71d97	
ALBATROS SACI - 80002766-3	60.000.000	03-12-2019	11:49:56.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19c196fc3af7577fcf73e1cb09b6d5b0	
ALBATROS SACI - 80002766-3	60.400.000	03-12-2019	11:49:46.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a354943a0ba9219ac2c4cf4e128eb12f	
ALBATROS SACI - 80002766-3	60.800.000	03-12-2019	11:49:38.763	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6461de61ae5b19a39583686e0415a338	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	60.999.000	03-12-2019	11:49:28.092	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a30b985105b69db3d64431b82d4f9bad	
ALBATROS SACI - 80002766-3	61.000.000	03-12-2019	11:49:26.636	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebe3c962726405b28a053886f3fb38da	
ALBATROS SACI - 80002766-3	61.400.000	03-12-2019	11:49:18.930	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6dd2c9cc931ef168f5d4b30560ab9a29	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	61.799.000	03-12-2019	11:49:21.930	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f7934aac00b0ad2b3fe20c4159cb1e2	
ALBATROS SACI - 80002766-3	61.800.000	03-12-2019	11:49:14.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8285f3d5368832a9f03060fa71740597	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	61.999.000	03-12-2019	11:49:08.161	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1229a03b906118f81e1f8c7020606542	
ALBATROS SACI - 80002766-3	62.000.000	03-12-2019	11:49:06.219	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07af74a099587e349fd46462ea6a65a0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	62.399.000	03-12-2019	11:49:02.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10431441260f2396c6175427f4035698	
ALBATROS SACI - 80002766-3	62.400.000	03-12-2019	11:48:52.449	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09fdb6a7eb77b57077cfc83b98a00fda	
ALBATROS SACI - 80002766-3	62.800.000	03-12-2019	11:48:44.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	106b764e418ca4b9b69acafa8c8eeec9	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	62.999.000	03-12-2019	11:48:42.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	397739982f3b44062cdfb5c701b7d4ea	
ALBATROS SACI - 80002766-3	63.000.000	03-12-2019	11:48:37.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7fc66d177e980a7623f82e4bfac31cc	
ALBATROS SACI - 80002766-3	63.400.000	03-12-2019	11:48:31.308	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa108bdc5baf2bd59b6ad3f4b9ade4f0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	63.499.000	03-12-2019	11:48:30.124	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80ca0233ad866be3c600fa63b17be403	
ALBATROS SACI - 80002766-3	63.800.000	03-12-2019	11:48:23.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18f2ffb7b0300244ccb129bc1983e2a5	
ALBATROS SACI - 80002766-3	64.000.000	03-12-2019	11:48:11.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40c3acd3e3dbff224e594641b67a0013	

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	64.399.000	03-12-2019	11:48:16.817	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	928082f9efc49b600cf1ca7f8a2e0579	
ALBATROS SACI - 80002766-3	64.400.000	03-12-2019	11:48:05.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43d4e068239e07565c318ad97b599b92	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	64.699.000	03-12-2019	11:48:02.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b83649497a75f48c080e55932476075	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	64.799.000	03-12-2019	11:47:54.516	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3448d87abf5d33444330e52ad5f2c893	
ALBATROS SACI - 80002766-3	64.800.000	03-12-2019	11:47:59.818	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d28efcb60a97464ec9ef837e2c63344d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	64.999.000	03-12-2019	11:47:46.531	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbbd3b5b6fdb444c873d3ae33f9c6c32	
ALBATROS SACI - 80002766-3	65.000.000	03-12-2019	11:47:46.369	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e017ca0ba54ff9f4839673f4700fdb13	
ALBATROS SACI - 80002766-3	65.200.000	03-12-2019	11:47:28.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4a026698c887e719d8457d75887b635	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	65.399.000	03-12-2019	11:47:16.471	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a2c2195d6289543f43d11f9b3461ae9	
ALBATROS SACI - 80002766-3	65.400.000	03-12-2019	11:46:44.267	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	183a286cdee9df7a40052013abe1616a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	65.440.000	29-11-2019	08:02:44.830	Propuesta
		Código Verificador:	2153910db1dd6b3282cfa3e48a86cccf	
ALBATROS SACI - 80002766-3	68.890.600	29-11-2019	08:02:44.831	Propuesta
		Código Verificador:	90e949ff93a0f520b755a63fb73f6b00	

64 - GENERADOR DE MARCAPASOS EXTERNO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CODEX S.R.L. - 80000173-7	123.200.000	29-11-2019	08:02:44.887	Propuesta
		Código Verificador:	3c5de9b0fc6b875849c3e9f162d4453a	

65 - HIDROCOLLATOR

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	37.400.000	29-11-2019	08:02:44.969	Propuesta
		Código Verificador:	4bddbae6b12f6b5bf7ac6be22f79d7c5	

66 - LÁMPARA SCIALÍTICA PORTÁTIL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	300.000.000	03-12-2019	13:14:03.846	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	4302a44edf3195a798f6554ab3ba1df8	
V & V S.A - 80038216-1	348.000.000	03-12-2019	13:13:43.794	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	119a69241cd9ade200acbf6b6aae523c	
V & V S.A - 80038216-1	349.500.000	03-12-2019	13:13:36.643	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cbebd5d479c896707c3ec00d56aa9f	
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	350.000.000	03-12-2019	13:13:30.073	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c4b2f7ce8953a5582ecee3ef96841	
V & V S.A - 80038216-1	370.000.000	03-12-2019	13:13:15.068	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b28ad74b6ec532fc33a0fc4110cd4a	
V & V S.A - 80038216-1	375.000.000	03-12-2019	13:13:09.682	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6aeace1f480fd0bf363104c3ae604e5d	
V & V S.A - 80038216-1	379.000.000	03-12-2019	13:13:05.065	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc41d12e6e7c00dbeb3947a6bd0b9553	
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	380.000.000	03-12-2019	13:13:00.338	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4536642358297908a56c6b8fdb2a04b3	
V & V S.A - 80038216-1	397.000.000	03-12-2019	13:13:00.549	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ecab82517a556c640005c22ce60e829	
V & V S.A - 80038216-1	398.000.000	03-12-2019	13:12:56.120	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	a67b5d9073846d89d957b2fc74713045
V & V S.A. - 80038216-1	399.500.000	03-12-2019	13:12:52.241
		Código Verificador:	cc22e6cfd1d6d8f2e1a047f1c706def7
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	400.000.000	03-12-2019	13:12:46.269
		Código Verificador:	c098871db10593e67ddd2cbbf3a7415d
V & V S.A. - 80038216-1	425.000.000	03-12-2019	13:12:40.681
		Código Verificador:	a38a9ced55371087db0a27d8a2d2104c
V & V S.A. - 80038216-1	430.000.000	03-12-2019	13:12:35.274
		Código Verificador:	3169e754550ebee08e3a9c4daec7550
V & V S.A. - 80038216-1	435.000.000	03-12-2019	13:12:31.264
		Código Verificador:	2b97930785844a1a7cff6668c185b043
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	440.000.000	03-12-2019	13:12:24.716
		Código Verificador:	b3176e8c38b0ddae4c1960406791d4f5
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	440.000.000	03-12-2019	13:13:09.520
		Código Verificador:	0a3bbff9b3e810b76d32ed787eb563ad
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	450.000.000	03-12-2019	13:12:27.509
		Código Verificador:	46d4e239e07f1560a03c9ee87ce59945
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	450.000.000	03-12-2019	13:12:38.000
		Código Verificador:	25d63606203b12aaaae93108201d8a45
V & V S.A. - 80038216-1	455.000.000	03-12-2019	13:12:26.692
		Código Verificador:	71f94c4cf6a8bbd732b61fc812ad1472
V & V S.A. - 80038216-1	458.000.000	03-12-2019	13:12:21.980
		Código Verificador:	951aca0a28366c993b54de10b905552d
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	460.000.000	03-12-2019	13:12:21.213
		Código Verificador:	a0750378d520b8893e375f45b21ed538
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	465.000.000	03-12-2019	13:12:26.817
		Código Verificador:	419b5c779ca1a157621da5f15e9d2d5c
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	470.000.000	03-12-2019	13:12:13.067
		Código Verificador:	5df02b9fd92ef5316d9bb7b9c3fec6b8
V & V S.A. - 80038216-1	470.000.000	03-12-2019	13:12:16.622
		Código Verificador:	5bb9bf3c9d1e32563d74f438e530542c
V & V S.A. - 80038216-1	475.000.000	03-12-2019	13:12:10.676
		Código Verificador:	9001055d25332ecc030e16d16af4e036
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	480.000.000	03-12-2019	13:12:12.637
		Código Verificador:	6b5c8c79c0206db9ab2b0ea22d54d526
V & V S.A. - 80038216-1	485.000.000	03-12-2019	13:12:06.797
		Código Verificador:	65fc4c1208ae7354c160797376f859bc
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	490.000.000	03-12-2019	13:12:01.202
		Código Verificador:	b21da4abdec2a15dea203172beda8860
V & V S.A. - 80038216-1	495.000.000	03-12-2019	13:12:02.919
		Código Verificador:	c02d570a175b0b7f210c425e84250779
EDISON S.R.L. - 80093090-8	499.000.000	03-12-2019	13:13:36.588
		Código Verificador:	e083f0b1a24b7babaaf59160eafe14d4
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	500.000.000	03-12-2019	13:11:55.447
		Código Verificador:	7c44ed2ba3ae620d244ecabb041719f
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	500.000.000	03-12-2019	13:12:16.331
		Código Verificador:	6a89e1c1d6a5b1027e17bdc31c536ff3
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	500.000.000	03-12-2019	13:12:41.287
		Código Verificador:	438e2c111a3d6b6dbae9f9f093cb276cc
EDISON S.R.L. - 80093090-8	500.000.000	03-12-2019	13:13:02.292
		Código Verificador:	feb6a0f91c4808054202240f48c375cf
V & V S.A. - 80038216-1	505.000.000	03-12-2019	13:11:58.703
		Código Verificador:	b6c7ca1c7e11585c02005a36b99e6d50
V & V S.A. - 80038216-1	510.000.000	03-12-2019	13:11:54.580
		Código Verificador:	09d6ccdb53ea35b31ce9d339857b9023
EDISON S.R.L. - 80093090-8	510.000.000	03-12-2019	13:12:13.314
		Código Verificador:	

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	1ae2628f25603e5ba3b330600135a720
V & V S.A. - 80038216-1	515.000.000	03-12-2019	13:11:50.153
		Código Verificador:	13eb1954939798487cee3e080d14be62
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	515.000.000	03-12-2019	13:11:56.540
		Código Verificador:	c4c21b80ff577658cee74bf4408a4279
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	520.000.000	03-12-2019	13:11:43.735
		Código Verificador:	0f31c1143895d314b96b39d6f54610a7
V & V S.A. - 80038216-1	525.000.000	03-12-2019	13:11:46.038
		Código Verificador:	dc68eab59c26b48a49d0cc04d5323ef0
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	525.000.000	03-12-2019	13:11:50.691
		Código Verificador:	11ab3aa5349ae9101c59e43d2fe9cbfe
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	526.000.000	03-12-2019	13:12:04.883
		Código Verificador:	02da97834380504e2db24e64a62b30df
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	530.000.000	03-12-2019	13:11:39.076
		Código Verificador:	23f200e8d71d00565aa13ee136abb78a
EDISON S.R.L. - 80093090-8	530.000.000	03-12-2019	13:11:49.985
		Código Verificador:	69a39abbc358f0249b3af3aa5218dcc1
V & V S.A. - 80038216-1	535.000.000	03-12-2019	13:11:41.576
		Código Verificador:	78460cc043508b4350c5c1ce542aa417
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	540.000.000	03-12-2019	13:11:36.367
		Código Verificador:	4b603b7526f1b55fab68bbd230d73bba
V & V S.A. - 80038216-1	545.000.000	03-12-2019	13:11:36.679
		Código Verificador:	df12250e5410d41d07c0004b89ea14c5
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	550.000.000	03-12-2019	13:11:28.732
		Código Verificador:	65698f22bdf3edd9b0d828e5be0f416
V & V S.A. - 80038216-1	555.000.000	03-12-2019	13:11:32.045
		Código Verificador:	20bf74158a2ae94c494855a46b7086e9
EDISON S.R.L. - 80093090-8	560.000.000	03-12-2019	13:11:38.563
		Código Verificador:	2da8d31e057f2039a456dbabdcfb7e27
V & V S.A. - 80038216-1	565.000.000	03-12-2019	13:11:27.231
		Código Verificador:	7f39cd8af0251ecf0b5d0f20ce1ceba1
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	570.000.000	03-12-2019	13:11:29.107
		Código Verificador:	f77b1c393f85a31cd16fe6be2d53ef95
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	575.000.000	03-12-2019	13:11:19.072
		Código Verificador:	a370995f0519d9446c064ca184c59077
V & V S.A. - 80038216-1	575.000.000	03-12-2019	13:11:21.245
		Código Verificador:	e84192522d22acc8ce2f290dd3dd2bef
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	580.000.000	03-12-2019	13:11:23.659
		Código Verificador:	8a90311f293704259e77ad4c4e1c71e0
V & V S.A. - 80038216-1	585.000.000	03-12-2019	13:11:14.930
		Código Verificador:	03d5e140d8843b50a9ab8ff7cdf2b85e
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	590.000.000	03-12-2019	13:11:07.217
		Código Verificador:	faf2a832e32a5ecb07e948fe7aa0d769
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	590.000.000	03-12-2019	13:11:18.390
		Código Verificador:	b9eaa1389a1f444496596166fbb3fc62
V & V S.A. - 80038216-1	595.000.000	03-12-2019	13:11:10.394
		Código Verificador:	7430a15bedf3d1ac9cda9e11c5a34a45
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	595.000.000	03-12-2019	13:11:10.761
		Código Verificador:	4f33fcd6661fa451b4621cfe02af8b2c
V & V S.A. - 80038216-1	599.000.000	03-12-2019	13:11:05.931
		Código Verificador:	f173385bf4d4df2b7ad6c36afe3b3ffd
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	600.000.000	03-12-2019	13:10:57.183
		Código Verificador:	9a638747d2874f3989e46e9f6fca5d09
EDISON S.R.L. - 80093090-8	600.000.000	03-12-2019	13:11:14.862
		Código Verificador:	30f3e61ad010d6d23fd278b3ae4ab71e
V & V S.A. - 80038216-1	625.000.000	03-12-2019	13:10:59.197
		Código Verificador:	a9083501acb570593235aaa69dc6c0f5

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A. - 80038216-1	635.000.000	03-12-2019	13:10:54.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d6194221d08912b8b9dfc570555cb7d	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	640.000.000	03-12-2019	13:11:05.334	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	506f2cac518e1698c4cbb43380b54d91	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	648.000.000	03-12-2019	13:10:58.198	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25c008a679a0bce9a675e640229c5d80	
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	650.000.000	03-12-2019	13:10:46.463	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02f5c9b98091fc85bb96df5e95205bab	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	650.000.000	03-12-2019	13:10:47.812	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1fd6525e6c6c9e807c3ca75400e665df	
V & V S.A. - 80038216-1	690.000.000	03-12-2019	13:10:48.852	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e5402e5f5f3202726bef26d4fb9028	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	690.000.000	03-12-2019	13:10:53.371	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b61dcfd3750429e97d7e33e8ea84b6c6	
V & V S.A. - 80038216-1	695.000.000	03-12-2019	13:10:44.339	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3558d6277ca8055394123c00836a9972	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	698.000.000	03-12-2019	13:10:30.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8c4e03bcc4748b357c02e11d8272e52	
V & V S.A. - 80038216-1	699.500.000	03-12-2019	13:10:40.337	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdb6a45f27c56f16725c9b01cbd27652	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	700.000.000	03-12-2019	13:10:21.379	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46c95aaead08e24aed57af8bdd1b151	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	700.000.000	03-12-2019	13:10:25.188	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4dc9235da118cf55994423b02c922e79	
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	700.000.000	03-12-2019	13:10:31.035	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5797b73baf0881d4cc639ef845239ba	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	740.000.000	03-12-2019	13:10:32.337	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d927baa67b5e2463aabb11d9857700eb	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	748.000.000	03-12-2019	13:10:13.222	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d6a490cef69724ef873fff746b20cea	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	750.000.000	03-12-2019	13:10:04.240	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26a476a26ea6a3ae4396aee8aad7149d	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	750.000.000	03-12-2019	13:10:09.285	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe0a947946ef63c28530f114eb22e45f	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	760.000.000	03-12-2019	13:10:04.985	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97bcdada7b08ba2b7ef5e2e5e977ca04	
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	762.000.000	29-11-2019	08:02:45.331	Propuesta
		Código Verificador:	6337d7a20badf37620154249f9981f06	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	763.500.000	29-11-2019	08:02:45.328	Propuesta
		Código Verificador:	9205b5d8ef5efec693b7d27c0c8372a0	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	770.004.000	29-11-2019	08:02:45.325	Propuesta
		Código Verificador:	558f1d88de89b53462b9116a3b2849da	
V & V S.A. - 80038216-1	916.200.000	29-11-2019	08:02:45.309	Propuesta
		Código Verificador:	9b831cb162e7a125dc60f55c93aa0cde	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	916.200.000	29-11-2019	08:02:45.321	Propuesta
		Código Verificador:	22a29945e034cbe6bdb5980268047d14	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	916.200.000	29-11-2019	08:02:45.333	Propuesta
		Código Verificador:	0c7eb2df18d8f7fee6f9b3043a3fe7f8	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	954.000.000	03-12-2019	13:10:49.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1463c1a181af24f193dde31ae3f11b5	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	954.375.000	29-11-2019	08:02:45.329	Propuesta
		Código Verificador:	6b35cb8c732bac5161d37b2f5f8b4301	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.188.000.000	29-11-2019	08:02:45.314	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	64c54f8db12794c943338ad7daf64a6a
---------------------	----------------------------------

67 - LÁMPARA SCIALÍTICA DE TECHO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDISON S.R.L. - 80093090-8	1.990.000.000	03-12-2019	13:34:38.595	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	4a701f4b5c3ecf3114d550db6128e0ae	
V & V S.A - 80038216-1	1.995.000.000	03-12-2019	13:33:49.938	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38d44841dce087a7ba8c1fff126f0e75	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.000.000.000	03-12-2019	13:33:43.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32a2f0e58687dcb25b1e49200177b02b	
V & V S.A - 80038216-1	2.080.000.000	03-12-2019	13:33:43.898	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c7819b38cc006f61d277be9d1656afd	
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	2.080.000.000	03-12-2019	13:33:51.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3bce46e29d567e01ae5701f99156eb5	
V & V S.A - 80038216-1	2.085.000.000	03-12-2019	13:33:39.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d5c74125c0ba7a7b37576ab5be500ca	
V & V S.A - 80038216-1	2.090.000.000	03-12-2019	13:33:32.687	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f952888ff3a4ae08354f2a85690f7ea3	
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	2.090.000.000	03-12-2019	13:33:39.180	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6c52f64a5194fdfa965eb302dcfe001	
V & V S.A - 80038216-1	2.095.000.000	03-12-2019	13:33:28.281	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f95c7c630adb69202f6363eddc7680e	
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	2.100.000.000	03-12-2019	13:33:20.572	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af0d38883801681d54a3794735124649	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.100.000.000	03-12-2019	13:33:30.701	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	637587ad2e2fb18e3d1a7fc7bcb2d9cf	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.110.000.000	03-12-2019	13:33:23.773	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7577f78fa85c3c2102f3aed7b4ea67e5	
V & V S.A - 80038216-1	2.115.000.000	03-12-2019	13:33:21.743	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2df5596ab53efb14c41a950d4d703e31	
V & V S.A - 80038216-1	2.120.000.000	03-12-2019	13:33:16.304	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e33a40241a8907cca6054108199c880	
V & V S.A - 80038216-1	2.125.000.000	03-12-2019	13:33:11.610	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6b55daf3eba6d9a1c68e0076ed75e54	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.130.000.000	03-12-2019	13:33:16.907	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	242b1f3d222300d9dfe21224ba7929cb	
V & V S.A - 80038216-1	2.135.000.000	03-12-2019	13:33:03.402	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4fcd8b226bf81bf291ed2faad99948dc	
V & V S.A - 80038216-1	2.150.000.000	03-12-2019	13:32:56.658	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38215947b6ecaa7594e03c0065fa0e10	
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	2.150.000.000	03-12-2019	13:33:05.523	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89415c53913e86636822c3daaf63eb2c	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.190.000.000	03-12-2019	13:33:07.906	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f130c8b1daf1083c6ddc065146e516ef	
V & V S.A - 80038216-1	2.195.000.000	03-12-2019	13:32:51.903	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	509efdbfe1eaba42964ba3fb7416a66b	
V & V S.A - 80038216-1	2.200.000.000	03-12-2019	13:32:46.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c8b651f44c2e657f35fec7bd4fea9fd	
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	2.200.000.000	03-12-2019	13:32:52.351	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18ea0809b1b419898c754b1a877b8408	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.200.000.000	03-12-2019	13:32:59.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7d4420a1e3e5b6260708d840c8686df	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.220.000.000	03-12-2019	13:32:50.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c05861cebd7900386ca24d10605955b	
V & V S.A - 80038216-1	2.235.000.000	03-12-2019	13:32:40.827	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	cf633e634b323364d09b58ec3cdad9ee
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	2.250.000.000	03-12-2019	13:32:34.338 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dce3b6bdd7e1ca6e0e3d9251bc88531a
V & V S.A - 80038216-1	2.285.000.000	03-12-2019	13:32:35.339 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2604bb67d6b231a81004114c96ed611e
V & V S.A - 80038216-1	2.300.000.000	03-12-2019	13:32:24.562 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab3bdd6920227c7468fa20326a6d4bd6
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	2.300.000.000	03-12-2019	13:32:24.965 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d834c0b0a4a76d497837154d8b7184b
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.300.000.000	03-12-2019	13:32:34.277 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49959def11589705d1a8e0465511c7f5
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.320.000.000	03-12-2019	13:32:25.581 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	401cc8cb889c3b088f1ba1152db74a21
V & V S.A - 80038216-1	2.335.000.000	03-12-2019	13:32:10.071 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d85ac993da17bf918a5fb099f01625b
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.340.000.000	03-12-2019	13:32:13.862 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b7aad91d0f3de6fcb150c8f550fe411
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	2.350.000.000	03-12-2019	13:32:03.807 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5dff0eda412385e1a126188b35e3550
V & V S.A - 80038216-1	2.375.000.000	03-12-2019	13:32:04.873 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79837c6b03a8bca2a5cfef77b6e73a07
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.380.000.000	03-12-2019	13:32:03.683 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ece14bf30a08f82bb3862ef19613b54e
V & V S.A - 80038216-1	2.390.000.000	03-12-2019	13:31:59.742 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	832d73bb47d7bf10ff270a561a33ee3d
V & V S.A - 80038216-1	2.395.000.000	03-12-2019	13:31:54.045 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	908fc2f39c1f135c0decad20f9e231cc
V & V S.A - 80038216-1	2.400.000.000	03-12-2019	13:31:48.267 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1999d848041908e02108039330152cef
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.400.000.000	03-12-2019	13:31:53.116 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df178b150615bf1b0cb2663a9dcf3276
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	2.400.000.000	03-12-2019	13:31:53.983 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e660193a5acbf27d27101bd39b1875
V & V S.A - 80038216-1	2.450.000.000	03-12-2019	13:31:43.980 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c755728f901a7c6e617c96651d6af7e7
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.480.000.000	03-12-2019	13:33:53.088 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a88294196005c3e180452791a512d3f
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.490.000.000	03-12-2019	13:33:38.156 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7eeea8d558b48de7813e5dffbbc87055
V & V S.A - 80038216-1	2.495.000.000	03-12-2019	13:31:38.724 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d40c45c457bcdad10dfa48a8b92cb9
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	2.500.000.000	03-12-2019	13:31:32.576 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f569a54f28b17bce590eb4915733fd22
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.500.000.000	03-12-2019	13:31:45.806 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26a86474f8764e2d116c7c70440c6d18
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.500.000.000	03-12-2019	13:32:40.620 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3349eef690c956903e2d47e6af4ad656
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	2.500.000.000	03-12-2019	13:32:57.802 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fe3740d94104f77bc22bf6ddc23dbce
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.580.000.000	03-12-2019	13:32:25.571 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f07c092df6a5d33322928f781f5bc2a
V & V S.A - 80038216-1	2.585.000.000	03-12-2019	13:31:33.536 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c84933897e78dd2c772672d1c3695eb
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.585.000.000	03-12-2019	13:31:49.424 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17a61904fe663b5e1908a1e525dd6a7f

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	2.590.000.000	03-12-2019	13:31:28.948	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	892db20a98adfdbdc4a021398a3cdd4a	
V & V S.A - 80038216-1	2.595.000.000	03-12-2019	13:31:23.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae1ebcd3ae59b245fe7e8506eba34084	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.595.000.000	03-12-2019	13:31:40.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc36ecba57a27f31bce127c304ba7638	
V & V S.A - 80038216-1	2.599.000.000	03-12-2019	13:31:19.018	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5571062561d404008978c2a364b7b569	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.600.000.000	03-12-2019	13:31:07.853	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9fd04a0488867ef92081ec7070618cf	
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	2.600.000.000	03-12-2019	13:31:10.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35deffb2c9e04e8a82d4790c34b3474a	
V & V S.A - 80038216-1	2.615.000.000	03-12-2019	13:31:10.898	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28bbd0c131dc140ccb654c5599ef6ded	
V & V S.A - 80038216-1	2.625.000.000	03-12-2019	13:31:05.144	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe1f6df7e6af5d373c923899ecbfa189	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.640.000.000	03-12-2019	13:31:08.645	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2b827e43fe5636e90630720e2dea152	
V & V S.A - 80038216-1	2.650.000.000	03-12-2019	13:30:59.945	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f02901951afc177bd4ccad1403d998b	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.690.000.000	03-12-2019	13:30:54.340	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e1790ed6154d8929679b00ee587be0f	
V & V S.A - 80038216-1	2.695.000.000	03-12-2019	13:30:54.402	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cece07e1d600aad97ae982c8235aa5f	
V & V S.A - 80038216-1	2.700.000.000	03-12-2019	13:30:42.862	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e40b3088cdfda9bfe0bf3bb81d638fae	
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	2.700.000.000	03-12-2019	13:30:51.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	653b91b3a051263da4ead2e0af5f864d	
V & V S.A - 80038216-1	2.725.000.000	03-12-2019	13:30:37.084	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b86b27fc9bc607b96f0f9b3869301d3e	
V & V S.A - 80038216-1	2.750.000.000	03-12-2019	13:30:30.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e687d56ae3b4b23176b8217abc4b44ea	
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	2.750.000.000	03-12-2019	13:30:35.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	842d777f11b2d8304a59ac04db01784b	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.790.000.000	03-12-2019	13:30:43.751	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17bca0f506bf584397cfaccf933ca062	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.790.000.000	03-12-2019	13:31:14.670	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dcafebe174a7046103937c0bc17d6309	
V & V S.A - 80038216-1	2.795.000.000	03-12-2019	13:30:25.853	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68d0fc4af4c486b285cff3fd80686efa	
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	2.800.000.000	03-12-2019	13:30:15.183	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05818e483fd1d7ae43c984e0380f2a30	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.800.000.000	03-12-2019	13:30:42.343	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9dd12f29f49e51e2a64a6be9ace709da	
V & V S.A - 80038216-1	2.815.000.000	03-12-2019	13:30:18.414	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f43d2f8062edc88d9a69e83f86641bb8	
V & V S.A - 80038216-1	2.825.000.000	03-12-2019	13:30:07.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0dae2fff71689c36f257f67c5d4d73d5	
V & V S.A - 80038216-1	2.850.000.000	03-12-2019	13:29:59.250	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80c2e04b268c193e6abc8ff2ffada7fe	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	2.900.000.000	03-12-2019	13:30:32.086	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16a905e0811fa83965511a0f36308d60	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.990.000.000	03-12-2019	13:29:46.244	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4c730edee25b4382db3334468d4f8a6	
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	3.000.000.000	03-12-2019	13:29:40.834	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66a10bf7aab9317166260ab78c9978e6	

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.006.000.000	03-12-2019	13:31:57.737	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9581b6dbf06dae793e4dcf1d527ef954	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	3.006.666.674	29-11-2019	08:02:45.621	Propuesta
		Código Verificador:	31c98433ba4f7177a223314707de0140	
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	3.014.000.000	29-11-2019	08:02:45.623	Propuesta
		Código Verificador:	b58549e0f0e5e83ebd2d9fa7c261315c	
EDISON S.R.L. - 80093090-8	3.019.995.990	29-11-2019	08:02:45.619	Propuesta
		Código Verificador:	b38da07fb774023f49c17cb4e16a3a3c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.600.000.000	03-12-2019	13:30:24.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ceb190a11c921d871e8f0de173274c3b	
V & V S.A - 80038216-1	3.608.000.000	29-11-2019	08:02:45.610	Propuesta
		Código Verificador:	d84a7442c1cf337623cddece358f9da1	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.608.000.000	29-11-2019	08:02:45.618	Propuesta
		Código Verificador:	8c6a4014711dfe739d10399853f58d65	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.608.000.000	29-11-2019	08:02:45.624	Propuesta
		Código Verificador:	147b000f065b02e0998b3d5f0c248a52	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.400.000.000	29-11-2019	08:02:45.617	Propuesta
		Código Verificador:	06000b2c9c8a54753d9fa222496d1bf5	

68 - LÁMPARA CUELLO DE CISNE

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	19.500.000	03-12-2019	13:56:29.299	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7bab0215639148a9ce82cb198c2b2bff	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	20.000.000	03-12-2019	13:55:59.650	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d360b9819fbf4bb9d6239689ff1ad56c	
V & V S.A - 80038216-1	20.000.000	03-12-2019	13:56:08.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	762611dc590d4c88bc5607fe9271f34e	
V & V S.A - 80038216-1	20.575.000	03-12-2019	13:56:02.161	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a4a8bbdbfc6b6c1627fc08c42fa1761	
V & V S.A - 80038216-1	20.580.000	03-12-2019	13:55:57.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e4d3d7c6e534380143a8de6984af4e9	
V & V S.A - 80038216-1	20.585.000	03-12-2019	13:55:53.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	521a90f560ba76e56f4067721536fbc9	
V & V S.A - 80038216-1	20.595.000	03-12-2019	13:55:49.010	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddf72458d4cd8cc14ef447f04d43a9e0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	20.600.000	03-12-2019	13:55:40.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	986771a325ac97e0f5269d052c68760e	
V & V S.A - 80038216-1	20.745.000	03-12-2019	13:55:44.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f889f9fafba4e312ce37e999b47deb8	
V & V S.A - 80038216-1	20.750.000	03-12-2019	13:55:38.839	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37cb1461459bcd044ecd761d135a7e0	
V & V S.A - 80038216-1	20.760.000	03-12-2019	13:55:34.540	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd9acba87a6803c154b81aa83d00d267	
V & V S.A - 80038216-1	20.795.000	03-12-2019	13:55:29.917	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cfd0be01bb9f1480925502b98dd4dd4	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	20.800.000	03-12-2019	13:55:24.131	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69e3845e90a5e84c0ac9b7d0ba75db46	
V & V S.A - 80038216-1	20.925.000	03-12-2019	13:55:24.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f19cc8db38f22a5c9e2a795504ab55a	
V & V S.A - 80038216-1	20.950.000	03-12-2019	13:55:19.793	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85f073f784fddd79e60ea669e72a2602	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.000.000	03-12-2019	13:55:13.313	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d58e82b68556093b8f35dec409f5d8e	
V & V S.A - 80038216-1	21.680.000	03-12-2019	13:55:13.752	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5fc1f9fe78ffef97b515e0d90468c13	
V & V S.A - 80038216-1	21.685.000	03-12-2019	13:55:07.546	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	646dc1b806ff1473894750b4b67189c3	
V & V S.A - 80038216-1	21.690.000	03-12-2019	13:55:02.539	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3321c728163797225d3c1f80850f5aee	
V & V S.A - 80038216-1	21.695.000	03-12-2019	13:54:57.820	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14b5017b3fe7c98d24801371c6a1e5c6	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.700.000	03-12-2019	13:54:50.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	075038bf9da1b9b26fc11cd9557fd629	
V & V S.A - 80038216-1	21.728.000	03-12-2019	13:54:53.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42cd1b1ca9715f7431a4b2ee94dd897f	
V & V S.A - 80038216-1	21.730.000	03-12-2019	13:54:48.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3db3e242608791f68fda53b81149348	
V & V S.A - 80038216-1	21.732.000	03-12-2019	13:54:43.708	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	adcd98772dc8f4a9be4d6f79850ecbf4	
V & V S.A - 80038216-1	21.734.000	03-12-2019	13:54:38.615	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	855a953811f9105cf2ecf487572fb2bd	
V & V S.A - 80038216-1	21.736.000	03-12-2019	13:54:31.613	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30b9d4302aa2249f40612f4f640c762c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.737.000	03-12-2019	13:54:37.969	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	559499b905d65bb2e55819f6fbadb3ac	
V & V S.A - 80038216-1	21.738.000	03-12-2019	13:54:23.412	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c95bb450a232514e58b3fe66ace3443	
V & V S.A - 80038216-1	21.740.000	03-12-2019	13:54:06.722	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b404173473917fccad464e9300c140dc	
V & V S.A - 80038216-1	21.745.000	03-12-2019	13:54:02.116	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae04d9abf27705a6510e35fb9bedd3ca	
V & V S.A - 80038216-1	21.750.000	03-12-2019	13:53:57.561	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b608937af8a28f89649b2106ee69f432	
V & V S.A - 80038216-1	21.775.000	03-12-2019	13:53:52.269	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6848601907f920557be3ff9bfb8e89333	
V & V S.A - 80038216-1	21.780.000	03-12-2019	13:53:47.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54b9005f7a12cf89b95462ed8b858b25	
V & V S.A - 80038216-1	21.785.000	03-12-2019	13:53:42.838	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ce7c4a03115e1d19371fe555d833c4f	
V & V S.A - 80038216-1	21.790.000	03-12-2019	13:53:37.080	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	460a8e761e62b4073680fdb5cd5031a7	
V & V S.A - 80038216-1	21.795.000	03-12-2019	13:53:32.255	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f74090b3461742bf2dbb1d066fe1c63	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.800.000	03-12-2019	13:53:24.470	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19b11504603fa47cb971eabf2c7e863	
V & V S.A - 80038216-1	21.840.000	03-12-2019	13:53:14.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63df407682a89ba023d9b10f72f4b91d	
V & V S.A - 80038216-1	21.845.000	03-12-2019	13:53:09.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15099d4ab0250895286277d621262493	
V & V S.A - 80038216-1	21.850.000	03-12-2019	13:52:48.983	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1499dacb20c26b8044c5713f8e3417f2	
V & V S.A - 80038216-1	21.855.000	03-12-2019	13:52:43.411	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b77cae540e608e6a3de5340ce045da5f	
V & V S.A - 80038216-1	21.860.000	03-12-2019	13:52:36.197	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ca7fcd5a34daaf3c34bdaf14f5b2b46	
V & V S.A - 80038216-1	21.865.000	03-12-2019	13:52:29.941	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2299708ece8157737d345adf6faa4a20	
V & V S.A - 80038216-1	21.870.000	03-12-2019	13:52:24.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	722e619d6d3a31f86875f94022bc24b7	
V & V S.A - 80038216-1	21.875.000	03-12-2019	13:52:07.415	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5f14b0bd5fce99227dddcfc3cd924a	
V & V S.A - 80038216-1	21.885.000	03-12-2019	13:51:56.584	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60d0b46c999b3aeecc67cdeecfec20fff	
V & V S.A - 80038216-1	21.895.000	03-12-2019	13:51:49.754	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	15c8c0579f2c106f086e41c3daffcf90	
V & V.S.A - 80038216-1	21.900.000	03-12-2019	13:51:43.084	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	363c9278e6f9379f8ec636ce3d6d2886	
V & V.S.A - 80038216-1	21.910.000	03-12-2019	13:51:37.070	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fbc3474beca8574eebc0e91f5378757	
V & V.S.A - 80038216-1	21.915.000	03-12-2019	13:51:30.321	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54599b990b510b5c7cdd3597e6b7152e	
V & V.S.A - 80038216-1	21.925.000	03-12-2019	13:51:24.320	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7273afdb7098f7198c82dfc8a651533f	
V & V.S.A - 80038216-1	21.950.000	03-12-2019	13:51:13.149	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa059447b605c7205ad189c7509fee4e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	22.000.000	29-11-2019	08:02:45.794	Propuesta
		Código Verificador:	5c599fef74304412a94f66ffcd914a60	
V & V.S.A - 80038216-1	26.400.000	29-11-2019	08:02:45.784	Propuesta
		Código Verificador:	c5e9f520f693ff485c813bbdb4805c4c	

69 - LÁMPARA INFRARROJA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	46.800.000	03-12-2019	14:08:14.626	Recepción de Lances
		Código Verificador:	bfe8495d626b89aad0f23ca2060955c3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	48.000.000	29-11-2019	08:02:45.877	Propuesta
		Código Verificador:	d71b3b604aa6c571484c76107a09e7a4	

70 - LARINGOSCOPIO ADULTO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V.S.A - 80038216-1	209.000.000	03-12-2019	14:45:26.927	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f6cef46c99ca9a9c40a046a6c0889c1	
V & V.S.A - 80038216-1	209.250.000	03-12-2019	14:45:20.874	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4e02a74eb0fc9b0d61dcc5a41edf050	
V & V.S.A - 80038216-1	209.500.000	03-12-2019	14:44:56.866	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddc8fe4487d2a631411792cd16ce0ac2	
V & V.S.A - 80038216-1	209.750.000	03-12-2019	14:44:50.904	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	042b9853be842d4dc9177c3768ab9afa	
V & V.S.A - 80038216-1	210.000.000	03-12-2019	14:44:45.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ea15cfad0bb8bb771794736c7740058	
V & V.S.A - 80038216-1	213.000.000	03-12-2019	14:44:36.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7724f5622032af094157f914850d7e7b	
V & V.S.A - 80038216-1	213.750.000	03-12-2019	14:44:31.233	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc9f850884a0a2bc608ac8ff487ee8cc	
V & V.S.A - 80038216-1	214.500.000	03-12-2019	14:44:24.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8aff7b473363ef2b0da220a3cf193c14	
V & V.S.A - 80038216-1	215.000.000	03-12-2019	14:44:20.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3b348dfa4c16b24be6fe3ff93396d7e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	219.000.000	03-12-2019	14:45:23.980	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd54107780f61b1f876c37590028307c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	219.999.000	03-12-2019	14:44:11.989	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f0e8a575fe4cb8bf1148e4998a68595	
V & V.S.A - 80038216-1	220.000.000	03-12-2019	14:44:15.624	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	995d9497a1d220770d8d223d50be3d07	
V & V.S.A - 80038216-1	221.000.000	03-12-2019	14:44:10.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af8ecdca28c1f1853d7550e388f445d4	
V & V.S.A - 80038216-1	222.000.000	03-12-2019	14:44:04.854	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	402c443d1a1eace3984282f2e22a886b	
V & V.S.A - 80038216-1	222.500.000	03-12-2019	14:43:57.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42f908e22fed69ef094fe455bc787aea	
V & V.S.A - 80038216-1	223.000.000	03-12-2019	14:43:52.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e2d2c8ed16ce18ceebb9a96b3857aa3	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	223.750.000	03-12-2019	14:43:47.601	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f5801f007bafb62cae3b76a55cc408c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	224.999.000	03-12-2019	14:43:56.751	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc11297f479ad2f5cb5e49a61a21a1cc	
V & V S.A - 80038216-1	225.000.000	03-12-2019	14:43:43.162	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f9f8259baba98c2a049523a372d2aaf	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	227.000.000	03-12-2019	14:43:34.804	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55d1e932b6a4430e96834ded4e962079	
V & V S.A - 80038216-1	228.000.000	03-12-2019	14:43:37.977	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e20d420f568395d72f78e8fd8acf9cd	
V & V S.A - 80038216-1	229.000.000	03-12-2019	14:43:33.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c5b9cc5908b4824890f904bb2e7d69f	
V & V S.A - 80038216-1	229.500.000	03-12-2019	14:43:29.210	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcdfd80b6dfabee09e2e69224315ab9	
V & V S.A - 80038216-1	229.750.000	03-12-2019	14:43:23.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ab10a0a38935558c59783630d7fea2	
V & V S.A - 80038216-1	230.000.000	03-12-2019	14:43:19.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d26882a7ce8cd32730b388a08d786710	
V & V S.A - 80038216-1	232.000.000	03-12-2019	14:43:14.737	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff9fc9fb37f4ab334692892fd59ea7db	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	232.000.000	03-12-2019	14:43:19.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6296674e5dbb919176a2767b211a174f	
V & V S.A - 80038216-1	232.500.000	03-12-2019	14:43:10.027	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f21c0f104bf1335911fb80fdc03455c	
V & V S.A - 80038216-1	233.000.000	03-12-2019	14:43:04.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5b646d76a58e8fe97dfbfc8568ac8b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	235.000.000	03-12-2019	14:42:56.921	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2f796cbd5c3d6153eed71902b598465	
V & V S.A - 80038216-1	236.000.000	03-12-2019	14:42:57.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	864ee0c9942a88835a719d0557ab6c81	
V & V S.A - 80038216-1	237.000.000	03-12-2019	14:42:50.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ff411f8d70a16c9ccca0841f24f23b7	
V & V S.A - 80038216-1	237.500.000	03-12-2019	14:42:44.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4744bae83b70bbd9730b12df15122589	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	238.000.000	03-12-2019	14:42:31.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	430d84b4f4b326e3a2fbf8b4cc864e05	
V & V S.A - 80038216-1	238.750.000	03-12-2019	14:42:38.480	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c24292f4fdc27685097d2d091a1ce3d	
V & V S.A - 80038216-1	239.000.000	03-12-2019	14:42:31.314	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1215d1a88191a1e5b072450b123c6f51	
V & V S.A - 80038216-1	239.250.000	03-12-2019	14:42:24.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68183f17845ebe17357a7a96a56dc0c0	
V & V S.A - 80038216-1	239.500.000	03-12-2019	14:42:17.108	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0cd4805d69b9f66d86349726cd5f88b	
V & V S.A - 80038216-1	240.000.000	03-12-2019	14:42:09.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	226b430c756b7657605b0c0eac1af4a4	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	240.000.000	03-12-2019	14:42:15.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28a0428d257a0b50eeec87444d37d4ed1	
V & V S.A - 80038216-1	241.000.000	03-12-2019	14:42:05.125	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0a0a7eef7fee1923c9dfe4cc9f50e7d	
V & V S.A - 80038216-1	243.000.000	03-12-2019	14:41:59.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd9e67b866f8cdba77386aac5ad80de2	
V & V S.A - 80038216-1	245.000.000	03-12-2019	14:41:53.338	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df3d00b18b3dfa8f8bdd53a4e85aaaad	
V & V S.A - 80038216-1	247.000.000	03-12-2019	14:41:48.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d72175f5a4a51dd88ec8902bd4c6446f	
V & V S.A - 80038216-1	248.000.000	03-12-2019	14:41:42.332	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23e8ce07f5f6fa8b80bf5decc04eb33d	

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	250.000.000	03-12-2019	14:41:33.596	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	614968efe3f4a45d2d040dd1d3f4e6a	
V & V S.A - 80038216-1	261.000.000	03-12-2019	14:41:35.616	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3bf85df6300da44cbf6aad01e0d6736a	
V & V S.A - 80038216-1	261.250.000	03-12-2019	14:41:28.506	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d216af5dd68b68f0fcc5d392498e469	
V & V S.A - 80038216-1	261.500.000	03-12-2019	14:41:20.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c73624f0fccb4e4c79a5ea46743a540f	
V & V S.A - 80038216-1	261.750.000	03-12-2019	14:41:12.086	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dda18e987625d40e50dde19601157628	
V & V S.A - 80038216-1	262.000.000	03-12-2019	14:41:02.494	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6c893533bb8718c61ac7b756b15ff9e	
V & V S.A - 80038216-1	262.250.000	03-12-2019	14:40:55.895	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2245672e62d53873c4311543e3deed46	
V & V S.A - 80038216-1	262.500.000	03-12-2019	14:40:47.307	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6687289432480747e9f6b9a52295a210	
V & V S.A - 80038216-1	263.000.000	03-12-2019	14:40:39.554	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	281c8cc8cb7416a9373a8fa328d0b84c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	264.000.000	29-11-2019	08:02:46.065	Propuesta
		Código Verificador:	27257d225ce7d8df889f940ba5ff4c4c	
V & V S.A - 80038216-1	292.439.400	29-11-2019	08:02:46.059	Propuesta
		Código Verificador:	a591143040c85f3f9d8e134b9e9e58ea	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	330.000.000	29-11-2019	08:02:46.061	Propuesta
		Código Verificador:	45ae1e839f76d9bf004d90c798a4196	

71 - LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	92.250.000	03-12-2019	15:08:52.324	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ed2be430b67f2c5333afc4953a111ee	
V & V S.A - 80038216-1	92.500.000	03-12-2019	15:08:45.695	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a683264892285279d3b5325c72c4eb7	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	92.500.000	03-12-2019	15:08:49.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ff50235088f244f351f7e0c07677b73	
V & V S.A - 80038216-1	92.750.000	03-12-2019	15:08:39.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	382031e31deb66c163d82628555ac1a1	
V & V S.A - 80038216-1	92.850.000	03-12-2019	15:08:34.854	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36b3709043d7f56f94e4d89918378d90	
V & V S.A - 80038216-1	93.000.000	03-12-2019	15:08:29.834	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	046931869f9ef3340f74a70c7a74e1a1	
V & V S.A - 80038216-1	93.150.000	03-12-2019	15:08:24.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	207c1c83e4d41433244fd122a7b58725	
V & V S.A - 80038216-1	93.350.000	03-12-2019	15:08:18.667	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b02b5026ca556033d861d97b08dad4f	
V & V S.A - 80038216-1	93.500.000	03-12-2019	15:08:11.258	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	245fbc1fbb1c5ddfa802bea41e2fcf	
V & V S.A - 80038216-1	93.650.000	03-12-2019	15:08:04.576	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	164d4c6489b9cac19b8055ba39fc27bd	
V & V S.A - 80038216-1	93.850.000	03-12-2019	15:07:57.337	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9612e7c4bc8b6f22400943597a46eb5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	94.000.000	03-12-2019	15:07:46.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	716dab641dcebf0eaf59ddead09cdc9b	
V & V S.A - 80038216-1	94.350.000	03-12-2019	15:07:51.621	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8dace082d0da3502f1ad6343676d33a	
V & V S.A - 80038216-1	94.400.000	03-12-2019	15:07:44.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d89259b485084c86ab32fd0dac02065	
V & V S.A - 80038216-1	94.450.000	03-12-2019	15:07:38.075	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b92fa7eabdc73269fd74b32b59c6483	
V & V S.A - 80038216-1	94.500.000	03-12-2019	15:07:31.009	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	bf8647e6ce158abb895cf876801e3e7f	
V & V S.A - 80038216-1	94.650.000	03-12-2019	15:07:24.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44de825f0e34f6a41de38f6c7a0bd47d	
V & V S.A - 80038216-1	94.700.000	03-12-2019	15:07:16.505	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	249c07b4b439533ce5cd32400b474ab4	
V & V S.A - 80038216-1	94.750.000	03-12-2019	15:07:10.575	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfa331fb2757d1e7aa842911db7867d	
V & V S.A - 80038216-1	95.000.000	03-12-2019	15:07:04.394	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a836263d177acc07e74d85f7ccec1bd	
V & V S.A - 80038216-1	95.250.000	03-12-2019	15:06:56.482	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e3276956bdcf64df70179256e7c8518	
V & V S.A - 80038216-1	95.500.000	03-12-2019	15:06:50.087	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d21373b22527306f3bd9be688685dad	
V & V S.A - 80038216-1	95.850.000	03-12-2019	15:06:44.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfc23eccfec0430c906e4bde8a4debe5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	96.000.000	03-12-2019	15:06:31.312	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18c34b0c17fccaf5a141b638136c5ac0	
V & V S.A - 80038216-1	96.450.000	03-12-2019	15:06:18.618	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8518a9a446ec84be9eac244e1f90c319	
V & V S.A - 80038216-1	96.500.000	03-12-2019	15:06:10.000	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20aeb4135bd30957dbbe3a08a9200b5e	
V & V S.A - 80038216-1	96.600.000	03-12-2019	15:06:03.879	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f0aa12a2fdea4f8ddb75583c6a5aae	
V & V S.A - 80038216-1	96.650.000	03-12-2019	15:05:49.011	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ec859b2a523826f8bd8d7f50d32e7fd	
V & V S.A - 80038216-1	96.700.000	03-12-2019	15:05:39.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5bc74b647eca4728ef28e9cfd2c7b6b	
V & V S.A - 80038216-1	96.750.000	03-12-2019	15:05:30.041	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22590b0b2b99ec1f653eb71505590de3	
V & V S.A - 80038216-1	96.800.000	03-12-2019	15:05:23.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67fd4a831dc67fae5dffda6e29a3041b	
V & V S.A - 80038216-1	96.850.000	03-12-2019	15:05:15.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68e33e5da1b556d8f8bf4fac128f9292	
V & V S.A - 80038216-1	97.000.000	03-12-2019	15:05:07.748	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2cca95af2f674a40ef2b5662747e2ed	
V & V S.A - 80038216-1	97.250.000	03-12-2019	15:05:01.076	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa8929fe42348dc852d90767300a66b1	
V & V S.A - 80038216-1	97.500.000	03-12-2019	15:04:36.007	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdd3b51aa7cadb1f8afb3928080cfef4	
V & V S.A - 80038216-1	98.000.000	03-12-2019	15:04:29.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a237218939dd3adda186825b83c019b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	99.000.000	03-12-2019	15:05:40.891	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a9228fb9445a69e98764b6635b0507d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	100.000.000	29-11-2019	08:02:46.319	Propuesta
		Código Verificador:	cb27c16abcf450f8c438be19594e527	
V & V S.A - 80038216-1	112.967.000	29-11-2019	08:02:46.313	Propuesta
		Código Verificador:	7e5d3a9269897a47e8069d866d1a56d0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	140.000.000	29-11-2019	08:02:46.314	Propuesta
		Código Verificador:	5703238d9c734a9de0057be226d1076f	

72 - MACROCENTRIFUGA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	422.400.000	29-11-2019	08:02:46.371	Propuesta
		Código Verificador:	b067f43aee09e106057bf6fafcc6f83b	

74 - MESA DE MAYO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

05-12-2019

Listado General de todas las Ofertas

CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	110.000.000	03-12-2019	15:45:04.321	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f02be5c0b9cdc1483e7abc55b0a72e7	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	115.000.000	03-12-2019	15:44:22.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fbc981a80e489d7ecf80ae4f216010d0	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	120.000.000	03-12-2019	15:44:09.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ac25a27b56244025b5f7725a1c177db	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	125.000.000	03-12-2019	15:43:55.639	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b629bc6533547d12d1a5c16102cf8a4b	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	130.000.000	03-12-2019	15:43:34.315	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fc074c771b2346876fe011e4b8bb93d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	132.900.000	03-12-2019	15:44:47.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3eabdca1524abce483bb8e163aa3f0d3	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	133.000.000	03-12-2019	15:43:02.798	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a63b1acc642617ba53c80ce131c815b5	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	135.000.000	03-12-2019	15:42:50.994	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	010ca5afd9a3811066213b1f4f393551	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	139.000.000	03-12-2019	15:42:33.085	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b77f8dfa80413af372fbf3379064e6ad	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	142.500.000	03-12-2019	15:42:44.116	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c718b47103ab844db56c7b45485f813	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	143.500.000	03-12-2019	15:42:31.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1858be0b429fd34660fe55a71209c155	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	144.000.000	03-12-2019	15:42:19.070	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6eff669f41bf6d0a96645b155e7e720c	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	145.000.000	03-12-2019	15:42:08.016	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d406f48d060a22bd7521b8e68077bbac	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	145.000.000	03-12-2019	15:42:15.367	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05ee024bd764bd710ff3244dce5891cb	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	149.000.000	03-12-2019	15:41:59.655	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1a88938cf414e05d3eda29f16ef14e2	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	150.000.000	03-12-2019	15:41:54.174	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2818406da4b39b7ebf98f8abb1441	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	153.000.000	03-12-2019	15:41:48.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c7fb6d637079c396ca51f7bd0144b2f	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	155.000.000	03-12-2019	15:41:39.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e0d561a332bf74a06f23920dc1d4979	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	156.863.718	29-11-2019	08:02:46.497	Propuesta
		Código Verificador:	0888dd3897364314aaee12fd128694ff	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	172.887.000	29-11-2019	08:02:46.495	Propuesta
		Código Verificador:	cfd004575677b8db667e806ecb885e7e	

75 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.680.000.000	03-12-2019	16:21:24.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d873a04564087bf34e892aa4588bd275	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.690.000.000	03-12-2019	16:21:18.841	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	316db62df869c4a3efc7b8130c06e757	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.700.000.000	03-12-2019	16:21:07.110	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eab9a61af9277fb8cf3403f9356fa811	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.710.000.000	03-12-2019	16:21:12.407	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24164f6d2a35b102dad07c45674fa49d	

Listado General de todas las Ofertas

INFOTEC SA - 80021897-3	1.730.000.000	03-12-2019	16:21:01.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45480b04565d9fe5c080056fe072b09b	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.740.000.000	03-12-2019	16:20:55.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d07b1dd81fe96658b366c8ce49d8fe98	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.750.000.000	03-12-2019	16:20:48.746	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4414a723f86f1f23df83692fd48de712	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.760.000.000	03-12-2019	16:20:43.769	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c529b87f75f11f57e2abb028dfa7c353	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.770.000.000	03-12-2019	16:20:38.433	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	566aa5d727571d4e19eb0d08b16a7ec4	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.780.000.000	03-12-2019	16:20:34.865	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b5e844fd9d8a267d46f80815d32a6b5	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.790.000.000	03-12-2019	16:20:27.730	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1075e39676637695d3f2b18d341d51b1	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.800.000.000	03-12-2019	16:20:23.241	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cfbec299a8a3ae7c7e0143d407ccabd	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.810.000.000	03-12-2019	16:20:18.839	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fbd688be0e4295c1bd7d25831dece4dc	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.820.000.000	03-12-2019	16:20:14.440	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a9c1669b81ff2d0ec3959e66bd2fbac	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.840.000.000	03-12-2019	16:20:08.219	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90fc79bb9a13957f8c059168b651b4fa	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.850.000.000	03-12-2019	16:19:57.944	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cda5e13359a5f542633e60e2aa54e162	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.850.000.000	03-12-2019	16:20:03.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4edaa25c7a44d220668955423b868b4	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.880.000.000	03-12-2019	16:19:50.927	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7feaca5e6dea8e6f191064614c5bed46	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.900.000.000	03-12-2019	16:19:36.631	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c31bf369eec5e52fd3ba7c7241a848	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.920.000.000	03-12-2019	16:19:28.824	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d99aab8e7f68c554cbc35e62a5b1df6e	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.940.000.000	03-12-2019	16:19:20.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c686087ec3dc2201738e8a30c4a0780	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.950.000.000	03-12-2019	16:19:11.707	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c39044ad8525c3ba519b9853cd83e6b1	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.970.000.000	03-12-2019	16:19:07.585	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb7a215b1b233b6cee2db45b8210d186	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.000.000.000	03-12-2019	16:18:54.401	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	008f4b448d8ee80e6572edcb8da409bf	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.050.000.000	03-12-2019	16:19:03.695	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f69607ce31f648c56fce559aac353b96	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.170.000.000	03-12-2019	16:18:30.904	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a01d74386782c02c0029e60b3b0db2b	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.190.000.000	03-12-2019	16:18:28.890	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f4952186abddab57a90356476842cb1	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.200.000.000	03-12-2019	16:18:12.843	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b360ab329e42e23df79cb734747a3451	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.364.000.000	03-12-2019	16:23:03.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0f95cdf350402d8b6c10552c2b1220	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.370.000.000	03-12-2019	16:22:19.374	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ac6321471339c321553f8cf49e6c2c5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.390.000.000	03-12-2019	16:22:05.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a42c764eed1e771fa9729ed249a4558f	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	2.433.000.000	03-12-2019	16:22:37.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d08e045c742073999ce72948f01ad32a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.440.000.000	03-12-2019	16:21:53.369	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	67c7ff522d5e24250b53d254bbf2f556
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.444.000.000	03-12-2019	16:22:17.404
		Código Verificador:	8fddfe09a0873f27bb5bfd3c4fc29da2
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.445.000.000	03-12-2019	16:21:44.048
		Código Verificador:	9e4dc0cfa9a58192c47f0920ce32658f
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	2.449.000.000	03-12-2019	16:21:43.390
		Código Verificador:	69ea514caa214438b7b1a8ec09a736b3
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.450.000.000	03-12-2019	16:21:32.561
		Código Verificador:	f749b077e9a72f17a8e1590e73d7391b
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	2.450.000.000	03-12-2019	16:21:35.243
		Código Verificador:	805a034eedcca56a4bb73c00a5f84f6
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.459.000.000	03-12-2019	16:21:30.914
		Código Verificador:	32f30020c37372f7615d106d204bb925
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.460.000.000	03-12-2019	16:21:01.703
		Código Verificador:	b8de2dccbdb054b7cec815b8c60743f6
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.464.000.000	03-12-2019	16:21:04.513
		Código Verificador:	a9e2fffeaa4d4a985ddae841a1703f10
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.465.000.000	03-12-2019	16:20:41.867
		Código Verificador:	afd207268e16b4a2cebf20b97e7a1949
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.470.000.000	03-12-2019	16:20:32.330
		Código Verificador:	1cc098d4d68942a94d824cf2e4cb9728
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.480.000.000	03-12-2019	16:20:19.100
		Código Verificador:	1c382790e644e23368f7ed4b1e3160bb
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	2.490.000.000	03-12-2019	16:19:59.947
		Código Verificador:	e207b2f0a3b058a02cf59ac9f090c579
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.500.000.000	03-12-2019	16:19:12.342
		Código Verificador:	484748330f54250dfe6b068a355944c3
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	2.550.000.000	03-12-2019	16:18:56.403
		Código Verificador:	9007fada80c3d07c2421c030fa363a0f
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.570.000.000	03-12-2019	16:18:59.494
		Código Verificador:	da98d5c537f5f9b40f97fa58f94e8818
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.580.000.000	03-12-2019	16:18:51.084
		Código Verificador:	e4d15fe0b1266bbfbae2e7291030ce4e
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.590.000.000	03-12-2019	16:18:21.171
		Código Verificador:	510d88bfd3ebf2b58241aae285cbe55
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.600.000.000	03-12-2019	16:18:09.384
		Código Verificador:	3f2d6e5cb898488e788617bd2bf5c715
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.610.000.000	03-12-2019	16:18:09.971
		Código Verificador:	e1475c2a33d395bacad531996dea7215
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.620.000.000	03-12-2019	16:17:59.974
		Código Verificador:	a218f0993490a7a9c92410aa82671ed6
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.620.000.000	03-12-2019	16:18:00.978
		Código Verificador:	81f3f661136fb57aacb008bd15819b59
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.650.000.000	03-12-2019	16:17:51.170
		Código Verificador:	7975e7c59d7778177db24a6f4b7ef3fc
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.740.000.000	03-12-2019	16:17:48.866
		Código Verificador:	400a498749d9f05fb0d8254e3f4346f5
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.750.000.000	03-12-2019	16:17:37.014
		Código Verificador:	f6052a2ea1c7af6ebbfcc44505068581a
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.750.000.000	03-12-2019	16:17:43.548
		Código Verificador:	6d28eb14b921474811956f1e992177b8
INFOTEC SA - 80021897-3	2.750.000.000	03-12-2019	16:17:47.699
		Código Verificador:	698dab7448f48a4284503340571c7bfe
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.775.000.000	03-12-2019	16:17:42.047
		Código Verificador:	8b6d322c0f7f667f9e605721c1acf52a
INFOTEC SA - 80021897-3	2.780.000.000	03-12-2019	16:17:27.327
		Código Verificador:	

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	7824d74fa7a7386c4cf6d589262d4b2	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.790.000.000	03-12-2019	16:17:21.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83fc9bcaeba477029a4e5ac298714433	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	2.795.000.000	29-11-2019	08:02:47.032	Propuesta
		Código Verificador:	d36a5da4543a774303379f7b7fd8e795	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.800.000.000	03-12-2019	16:05:53.399	Etapa de Puja
		Código Verificador:	78e9bce53b28171a605fe7c466548f63	
INFOTEC SA - 80021897-3	3.000.000.000	03-12-2019	16:17:16.256	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a3e1cafee12313a2397057e4d8ac124	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.000.000.000	03-12-2019	16:17:40.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4177d3ccc1b73e5f671a9e8475fd202b	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.500.000.000	03-12-2019	16:17:22.711	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6212b87f60b7219554605cf883c89996	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.650.000.000	03-12-2019	16:16:52.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d9ef820a1312f2a419f350b68e3b582	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	3.684.000.000	03-12-2019	16:10:35.647	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f70814a0b096285f707b96b48d57b319	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	3.685.297.780	29-11-2019	08:02:47.004	Propuesta
		Código Verificador:	8239328d5f187ef9d79bfa6120ecf0bb	
MAKRI S.A. - 80029237-5	3.685.297.780	29-11-2019	08:02:47.024	Propuesta
		Código Verificador:	1ae50d2ab69271745b54108c87a9cce1	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	4.385.500.000	29-11-2019	08:02:46.998	Propuesta
		Código Verificador:	2106adb356b4754b912849642eacd3c8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	4.422.355.000	29-11-2019	08:02:46.994	Propuesta
		Código Verificador:	b373ee0eaf0d35bd2743d21df112d571	
INFOTEC SA - 80021897-3	4.422.357.335	29-11-2019	08:02:47.001	Propuesta
		Código Verificador:	5b3c6def0c5add1346f743852fc61e9	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.422.357.335	29-11-2019	08:02:47.030	Propuesta
		Código Verificador:	4b40da087671da21eae7b6fbfe53c342	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	4.606.622.225	29-11-2019	08:02:47.028	Propuesta
		Código Verificador:	d4f4f578c0ab38ac82e2ee72620cee54	

76 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE DE CRÁNEO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.190.000.000	04-12-2019	08:34:02.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f69fe1bb79274d8f5f162d0919445fd	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.199.000.000	04-12-2019	08:33:57.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3db818aadff8a49b60369f1c36bf3f34	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.200.000.000	04-12-2019	08:33:19.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d523174a8b9185beb280c8b05a97461	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.210.000.000	04-12-2019	08:33:15.709	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	477efe79bdf7af435c660335e476501e	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.215.000.000	04-12-2019	08:33:10.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61d476619f08eafddd10fcc463d70ed7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.220.000.000	04-12-2019	08:33:05.777	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f6098f7d8eed6834c380babd0c52ef2	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.225.000.000	04-12-2019	08:32:57.930	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5ac4e28338a8ff1a0fc688fa45f476c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.230.000.000	04-12-2019	08:32:52.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edd6b519684d5ff19193f7335d6e514a	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.235.000.000	04-12-2019	08:32:23.068	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f88eb0610237c80f5bd6bc4d58a702a9	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.239.000.000	04-12-2019	08:32:41.335	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7cf12ef9889bda54b459e816ca23b12	

Listado General de todas las Ofertas

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.240.000.000	04-12-2019	08:32:18.071	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b999cf4b3c6e542a1107c0aede2cd0b	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.250.000.000	04-12-2019	08:31:26.797	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb8abcdacf43f7437cc4bcdcd3ef482	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.260.000.000	04-12-2019	08:32:03.568	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36744674da495f2b39425e8e582e9a42	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.270.000.000	04-12-2019	08:31:20.977	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b0ce807ee9dca6b97a45f500c3f91ee	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.280.000.000	04-12-2019	08:31:00.639	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec0c5a410c8ed204f232d3fa176474c3	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.280.000.000	04-12-2019	08:31:53.274	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6918986f967a9e5d905ede4ed13dca6b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.290.000.000	04-12-2019	08:30:54.634	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff9149f1f81255e4faf93f703cc8a473	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.300.000.000	04-12-2019	08:30:16.155	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b194653e5b202ad45ca272cf8c3b57d	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.300.000.000	04-12-2019	08:31:09.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd0a521436421e74a45bdc52ceb8e0d5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.330.000.000	04-12-2019	08:30:01.874	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a73d596c70a22425005f8aa11a35398	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.339.000.000	04-12-2019	08:31:27.245	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd057825e216d3dc32ffb1c00a356db5	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.340.000.000	04-12-2019	08:29:48.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d2049dacbd63cf8a5ada372a66b8f22	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.340.000.000	04-12-2019	08:30:39.576	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd1e9bb00067a33707713dc3e52b5fea	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.350.000.000	04-12-2019	08:29:39.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b9ec6bb9f70da72e3bede645b640f43	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.350.000.000	04-12-2019	08:30:27.571	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d5d0c63214deb794100e5f7f67a588f	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.369.000.000	04-12-2019	08:30:34.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3f4589981bf2459cbac0be370398250	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.370.000.000	04-12-2019	08:29:28.696	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2cdd4be52c673871652840414b30b93	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.370.000.000	04-12-2019	08:30:07.480	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8adc829fa0453ad9660b2c86343abd58	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.380.000.000	04-12-2019	08:29:09.981	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6b11b196760824b674adc2501509fe1	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.390.000.000	04-12-2019	08:29:01.291	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	021cb0804d2f9411c1f2c4623608144c	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.390.000.000	04-12-2019	08:29:04.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28bece30fb4ddc305df20886a8d04c0a	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.390.000.000	04-12-2019	08:29:23.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c4fd60e4698e59ed02d9953105a019d	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.399.000.000	04-12-2019	08:29:55.154	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9686de9c28ae3c6e7b572605bf01f41d	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.400.000.000	04-12-2019	08:28:40.979	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	426b9eb6b8300d0176c82f7bd4cea5d6	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.400.000.000	04-12-2019	08:28:47.016	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6ab749ec4976ae032ccc908b13e8aee	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.400.000.000	04-12-2019	08:29:05.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9ac99df5b30bffab425dba61944a872	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.410.000.000	04-12-2019	08:28:36.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41c657096ac6f3f97a5bf5d44e918d6f	

Listado General de todas las Ofertas

CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.410.000.000	04-12-2019	08:28:48.866	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa9bb0b05a26c0776eae1498beb8dd7a	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.420.000.000	04-12-2019	08:28:29.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	268b6726ae182203bb9c94dea2a4f9cf	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.420.000.000	04-12-2019	08:28:37.898	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a73b63cbf12660acbd79770f6531ef4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.430.000.000	04-12-2019	08:28:21.817	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	525b691e46d157e024f068005c603edb	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.449.000.000	04-12-2019	08:28:43.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75c0cc3b5b862d42149ebb49d9ad64d7	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.450.000.000	04-12-2019	08:27:59.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a460bdbd25e467d8ccf99baae3de97cd	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.450.000.000	04-12-2019	08:28:17.857	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98fce0668c1dc54ae638569b258d28ed	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.455.000.000	04-12-2019	08:28:27.937	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f4f6f2636a6062aa951bda9a7ebe4d9	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.460.000.000	04-12-2019	08:27:52.815	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdc3856234663ee897d677156792a420	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.460.000.000	04-12-2019	08:28:10.930	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eac248d723a78d2e33511d65e25c24f5	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.469.000.000	04-12-2019	08:34:05.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f774cc6bcbfc39dd0abad5d79d41cd16	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.470.000.000	04-12-2019	08:27:58.021	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c324e8c037a34f86a7f6a06425c8f720	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	1.470.000.000	04-12-2019	08:33:52.321	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d0b1f7d0380f675618671f571ed056d	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.474.000.000	04-12-2019	08:33:27.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9c818e3e92221311ebe130a695689c9	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	1.478.000.000	04-12-2019	08:33:20.812	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1aede54e7d95e9a63501c324d957d566	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.479.000.000	04-12-2019	08:32:39.203	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	907c5d1e9fcdd7e42708a215d1afb719	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.480.000.000	04-12-2019	08:27:37.174	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75530965800524ef628fc86eb845dc1c	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.480.000.000	04-12-2019	08:28:00.365	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67206dc44aa185f31a33543f9f7a03bd	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	1.483.000.000	04-12-2019	08:32:31.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73735e1009e054e16dd5b4fa704a54e4	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.484.000.000	04-12-2019	08:31:54.144	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3d326362b7df1b96bcfca49fe56c7d6	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	1.485.000.000	04-12-2019	08:31:09.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc401f0120dd12778ca459cca7d3539a	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.490.000.000	04-12-2019	08:27:42.078	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cf4f4289e7a496f913b68f7b0ab33c7	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.490.000.000	04-12-2019	08:28:36.063	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1d953e69401692456fdcf27618b7c87	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.500.000.000	04-12-2019	08:27:26.870	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5fb06a916e038870b2e968a187b5dc1b	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.500.000.000	04-12-2019	08:27:47.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe61322ac97f7555609499047c67b3bc	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.520.000.000	04-12-2019	08:27:46.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49886299eb8e27efa57ca38131ecfe65	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.530.000.000	04-12-2019	08:27:28.337	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0229951da661adda50511a1dec1f73ab	

Listado General de todas las Ofertas

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.530.000.000	04-12-2019	08:27:29.754	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79037c741677d67d038663047065de52	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.549.000.000	04-12-2019	08:27:34.235	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6f96ef7ef6a24ca0ea4e89b07d7550a	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.550.000.000	04-12-2019	08:27:09.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	762b9301e530b49c7518d550f3de36cc	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.550.000.000	04-12-2019	08:27:19.336	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3605df181a576ee8c8f12c981426553b	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.550.000.000	04-12-2019	08:27:26.686	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13cbd8625d6af0734a0104432c620e3a	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.555.000.000	04-12-2019	08:27:17.310	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35eba4f88ea8de23410540c557d1910c	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.560.000.000	04-12-2019	08:27:00.915	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a55614abc54814ace632d28e1756a980	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.560.000.000	04-12-2019	08:27:05.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87be8f184ac534ef4f113b3bd0e0802	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.570.000.000	04-12-2019	08:26:51.615	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4ff354cc3059948e95cbb11c3e5f587	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.595.000.000	04-12-2019	08:26:47.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c30ae31615f462ee1093d7e057864f5	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.600.000.000	04-12-2019	08:26:36.406	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2da7969705e27ae3d5a925bd6cd2e29	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	1.600.000.000	04-12-2019	08:26:45.949	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cb525e90558aeadf6ed1ff39e488dde	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	1.605.000.000	29-11-2019	08:02:47.573	Propuesta
		Código Verificador:	9e3961c3e2d4a42f314a2c6035fa3c66	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.700.000.000	04-12-2019	08:26:57.180	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7df71f97366294478b8aee2d8878c517	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.800.000.000	04-12-2019	08:26:27.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98d92d31c605413568c076df898781d2	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.900.000.000	04-12-2019	08:26:45.233	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4639b1872c4ee71ffd8d9a8e889ee7a7	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	2.000.000.000	04-12-2019	08:26:26.207	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f4b2708c55cafa6f4d0df3057b5ce75	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.050.000.000	04-12-2019	08:26:27.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff18dcb6a4381fa17c2dbdad3a534e9a	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.100.000.000	04-12-2019	08:25:41.379	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7997f8e667ef7353d761012b43e1f432	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.101.000.000	04-12-2019	08:26:05.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b31f1688395f9182d4c433491c9d7d7c	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	2.134.556.667	29-11-2019	08:02:47.567	Propuesta
		Código Verificador:	b2e5defc60c1c30ad0e056e952677358	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.134.556.667	29-11-2019	08:02:47.569	Propuesta
		Código Verificador:	d02fa6acf0f354a6866b1f9afcb980c5	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.540.100.000	29-11-2019	08:02:47.565	Propuesta
		Código Verificador:	92b7a16f6da8113ccb57691a4f2822c5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.560.000.000	04-12-2019	08:19:20.237	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2f05c24c4a264b7d8f5d989d339a67b9	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.561.467.998	29-11-2019	08:02:47.566	Propuesta
		Código Verificador:	ef2710de6cbdc91f753e5ca39439b6d5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.561.468.001	29-11-2019	08:02:47.562	Propuesta
		Código Verificador:	9975b00bfd59ad8f9fa2a753c5c1a317	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.561.468.001	29-11-2019	08:02:47.571	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	b6c1002375db5f8e2f0ea6c65d272008	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.668.195.833	29-11-2019	08:02:47.570	Propuesta
		Código Verificador:	4f974a535e82ec7e1b7f9fe5ec23e734	

77 - MESA QUIRÚRGICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.400.000.000	04-12-2019	09:13:22.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	725c74bb8695f156825ff24c773be4d9	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.419.000.000	04-12-2019	09:13:13.925	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2aa3fef98a9a5b7ddd5add373e3016ce	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.420.000.000	04-12-2019	09:12:47.519	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0daf0300764b6a3f5654d202d7f6af15	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.450.000.000	04-12-2019	09:12:25.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03f2986fcdbe469eccc7adc712ed1d75	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.480.000.000	04-12-2019	09:12:14.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46fcf15c9853ef063ff9013cef92fc17	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.520.000.000	04-12-2019	09:12:15.519	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dae902fa5c9ce1e4424fcfa451501286	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.540.000.000	04-12-2019	09:11:56.995	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	073ec74377e6d5ea03624425f8317d43	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.550.000.000	04-12-2019	09:11:47.555	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f150e5bfc44ac4ac6a3af935349f68d1	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.570.000.000	04-12-2019	09:11:29.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb0691ec3f6fa63a87aa68a83a369c77	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.580.000.000	04-12-2019	09:11:20.397	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82079fc52663ed400d4b1a885031be63	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.590.000.000	04-12-2019	09:11:16.634	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d47f4e55f68863facf21d2e8bf0a6ee	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.600.000.000	04-12-2019	09:10:55.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62f134275581976e146261cfac29ae7	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.615.000.000	04-12-2019	09:10:31.099	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d74d29054e31a23feefa5342a983127	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.620.000.000	04-12-2019	09:10:26.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5bb74ed7ad8d635358274762a6ed73f	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.635.000.000	04-12-2019	09:10:10.525	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b373df609e1dd830aadf3f4d59034574	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.640.000.000	04-12-2019	09:10:04.427	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a51eacdcd03113ce66182a48daea1007	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.655.000.000	04-12-2019	09:09:53.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b48514edb548e6d4975afb0820201ed2	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.660.000.000	04-12-2019	09:09:48.222	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5db569a4396e3b8beb7eeeb80b9a3d76	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.678.000.000	04-12-2019	09:09:37.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19db161a0e67f63d49c648e81cee2263	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.680.000.000	04-12-2019	09:09:28.773	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98086958f46f3cdca9ca39f0faa9b67d	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.688.000.000	04-12-2019	09:09:09.448	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c342513bf0df56a8a6b3b5e12d0a5c65	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.690.000.000	04-12-2019	09:09:03.650	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e02637a24e54981b8575391b5e251ff	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.690.000.000	04-12-2019	09:13:21.475	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d9959fedec2b1b8837527418fb1119	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.695.000.000	04-12-2019	09:08:33.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1bd03949397632ab3c818b2939c73279	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.699.000.900	04-12-2019	09:13:12.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ccda027850006eb918dd7ab4a55a432	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.700.000.000	04-12-2019	09:08:21.900	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	b92db1a45d253a4968e5a720014ffa74
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.700.000.000	04-12-2019	09:12:47.264
		Código Verificador:	5227e5fca9e56d36e54b92e7c390b285
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.719.000.900	04-12-2019	09:12:54.986
		Código Verificador:	1ea6528fafd7a593749a47bdb3a65597
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.720.000.000	04-12-2019	09:12:38.956
		Código Verificador:	d821ce8f382f18888cf8c3f5e64fbc7
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.720.000.000	04-12-2019	09:12:39.283
		Código Verificador:	c283ff072cdf79b1800d807709a255fa
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.728.000.000	04-12-2019	09:07:48.295
		Código Verificador:	86a00c34e4dd73e444d3a7f4304f99bc
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.730.000.000	04-12-2019	09:07:36.876
		Código Verificador:	1984a5fbc5a545d68de60bb7effae6d2
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.730.000.000	04-12-2019	09:12:27.555
		Código Verificador:	2176c0c6f56680b145ff13de8b42cc9a
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.730.000.000	04-12-2019	09:12:28.008
		Código Verificador:	7d5f1ae6e20460ce39e0bfb03ef996dc
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.740.000.000	04-12-2019	09:12:14.054
		Código Verificador:	f5c24481411e61407ddd89e1e062beea
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.740.000.000	04-12-2019	09:12:18.998
		Código Verificador:	d4634cc435211868e6d6fa881dd21423
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.745.000.000	04-12-2019	09:12:04.006
		Código Verificador:	fa59240008c3b16dc5fff74dd6e95424
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.748.000.000	04-12-2019	09:07:23.746
		Código Verificador:	0a7bf22f796f0d7a72f48c0a6a80df24
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.750.000.000	04-12-2019	09:07:06.736
		Código Verificador:	8bc918078dd16999b86ef372e52ba213
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.750.000.000	04-12-2019	09:11:37.928
		Código Verificador:	b392d8a087f9b6aab4a6b8ee03e62e58
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.770.000.000	04-12-2019	09:11:37.754
		Código Verificador:	633402b99d8ec94e88821ecb8e20f502
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.775.000.000	04-12-2019	09:06:38.337
		Código Verificador:	b043785e1f56ecd5df596d99f35f1416
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.780.000.000	04-12-2019	09:06:04.931
		Código Verificador:	28e97a75e82357b77eda76afc74428ca
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.790.000.000	04-12-2019	09:11:22.576
		Código Verificador:	005b789b869fafa5be8bd0d2f4cddeda9
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.795.000.000	04-12-2019	09:05:41.548
		Código Verificador:	6c3ff2b5f5943350c42cbd20b22cf95a
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.799.000.000	04-12-2019	09:11:56.405
		Código Verificador:	51542e8ac0f63ad13e44354c01bcc70f
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.800.000.000	04-12-2019	09:05:34.369
		Código Verificador:	16ab1c02026647ef32e7f5bed7e98eff
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.800.000.000	04-12-2019	09:10:53.228
		Código Verificador:	07017873aa361c5e89e9c85a3564948c
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.810.000.000	04-12-2019	09:05:06.378
		Código Verificador:	6828676434dd3a7db10828d0c31cc113
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.813.333.336	29-11-2019	08:02:47.970
		Código Verificador:	86ae2af5188213339062f4e59a2795b9
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.870.000.000	04-12-2019	09:10:58.246
		Código Verificador:	7e9e88561624c1de80bc01192ebb4490
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.890.000.000	04-12-2019	09:10:46.572
		Código Verificador:	6fbb2d1af7a349b62785a2c0883c16fb
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.899.000.000	04-12-2019	09:11:20.205
		Código Verificador:	a10524051464f1e2fc3b6e29b730f872
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.900.000.000	04-12-2019	09:10:32.106
		Código Verificador:	d837dc856a252d57ba8202b9f4eab5bc

Listado General de todas las Ofertas

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.930.000.000	04-12-2019	09:10:37.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c035cb65dc97025fdb669d39de011d74	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.950.000.000	04-12-2019	09:10:28.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5380a25967245b2355b830f2cef5e42a	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.979.000.000	04-12-2019	09:10:39.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	938148644a0393b190eab63b768a0c84	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.980.000.000	04-12-2019	09:10:12.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1148f2a3ba3193a78fe556e8791e927f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.980.000.000	04-12-2019	09:10:24.176	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	078799d432bcb3b39ec3e341bf78acd2	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.000.000.000	04-12-2019	09:10:11.333	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b331092584f61e5653cefd991384057	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.044.000.000	04-12-2019	09:10:24.956	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0875e436fae35e49c7e36fe294837aed	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	3.049.000.000	04-12-2019	09:09:45.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9267fbc3c47a0fcf690a884efb790d4	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.049.000.000	04-12-2019	09:09:55.896	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fddea89f9b759b46784730bd2373d514	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.050.000.000	04-12-2019	09:09:18.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb46dd0e237cdaf2969f8185b6ea1dc7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.100.000.000	04-12-2019	09:09:04.977	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6732dca9e49c8f493d6ff1d1dd3475af	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.125.000.000	04-12-2019	09:09:11.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	711604ff6dab7853e3b5d266240e5f79	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.130.000.000	04-12-2019	09:08:59.808	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1c173604ca679f6c2d22e8b2e2ea3b9	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.140.000.000	04-12-2019	09:08:49.231	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a58b5e94e79c3edc279673f68f857b7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.140.000.000	04-12-2019	09:08:57.861	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1dc1449c428e49bcade26478675e6ab	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.150.000.000	04-12-2019	09:08:33.307	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	573a58f2d14bd909787febb5a6a6f5cb	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.199.000.000	04-12-2019	09:08:36.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af86b41f7790bede64383bae6f31617e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.200.000.000	04-12-2019	09:08:21.343	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccf574951dd363ad376dc7b5a531f9d3	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.220.000.000	04-12-2019	09:08:24.258	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7b1aa201591e0d8763f40210f519284	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.240.000.000	04-12-2019	09:07:39.904	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e42e745ca979d05ec41b74975f5c9267	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.250.000.000	04-12-2019	09:07:24.727	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f36d80335a4b1455fb7235045352f269	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.280.000.000	04-12-2019	09:07:26.990	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0db9b5414307ec8a298057ef7504db00	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.290.000.000	04-12-2019	09:07:00.648	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20f11b7d1d6ff380142aa6e61291bdb2	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.299.000.000	04-12-2019	09:06:46.056	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cddfb58e72f5d50b75fa02f94fd420a5	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.300.000.000	04-12-2019	08:58:18.195	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3754161b4143e1cd33665240e3340f72	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.300.000.000	04-12-2019	09:06:03.818	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0156657d0eed38d2c659139955eb5b37	

Listado General de todas las Ofertas

CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.320.000.000	04-12-2019	09:06:36.298	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	706ea4be98bfd92f3439750f16ede8f	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.340.000.000	04-12-2019	09:05:57.552	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5fccde6dd79dd1a34ffe2e75ab73d3e3	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	3.347.864.000	29-11-2019	08:02:47.966	Propuesta
		Código Verificador:	fcff0b78eda4cbb90a0f65774805515a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.375.000.000	04-12-2019	08:55:30.945	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f693f7beebc6db391a032b9cc4def19	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.376.000.000	29-11-2019	08:02:47.964	Propuesta
		Código Verificador:	bbe79d23bc568da33e9de314066b5cd	
INFOTEC SA - 80021897-3	3.376.000.000	29-11-2019	08:02:47.968	Propuesta
		Código Verificador:	8d4c201048dade6523faea1e4e8d2aad	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.376.000.000	29-11-2019	08:02:47.973	Propuesta
		Código Verificador:	1a42ff8d1742e4092a218d6deccc5c92	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.657.333.336	29-11-2019	08:02:47.972	Propuesta
		Código Verificador:	485cd969f1d2066b64684a9485d9e606	

78 - MESA QUIRÚRGICA RADIOLÚCIDA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOTEC SA - 80021897-3	2.350.000.000	04-12-2019	09:37:09.551	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b98d1b546fbf37a5b27d4fd2b93ccdf	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.390.000.000	04-12-2019	09:37:07.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd7c2114525b02de7cadf0da6bafd9c7	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.399.000.000	04-12-2019	09:37:04.484	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c57bd1937a024655fcee1c819f0bfb4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.400.000.000	04-12-2019	09:37:01.585	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a64d6198113d243f1b4023f5966461d8	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.400.000.000	04-12-2019	09:37:04.456	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19d666d2b25e2207e5e4b141cf726019	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.425.000.000	04-12-2019	09:36:58.006	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95cd6d2d996474cbc01fe2fed0684110	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.430.000.000	04-12-2019	09:36:52.258	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a29640d1f77d504c7487468959b2509	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.450.000.000	04-12-2019	09:36:53.772	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3374f8b5d5dffcd62d1b6f21b7172f61	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.460.000.000	04-12-2019	09:36:59.581	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3a970f26fc24df867f0345ab340476a	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.460.000.000	04-12-2019	09:37:05.976	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d99ed7fe2ab85e2c6035b9e54d8c5e3	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.470.000.000	04-12-2019	09:36:52.567	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84ff11dc2203d4c298d6ef9577b46f57	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.470.000.000	04-12-2019	09:36:53.951	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c9d7411d3782caef14c920d6cd76bb5	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.470.000.000	04-12-2019	09:36:58.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	570e767e6ea460b5e8d422b479a4f66a	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.475.000.000	04-12-2019	09:36:49.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68fc82beb2087369f58ebf94bfe6e383	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.480.000.000	04-12-2019	09:36:44.663	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d5a9ac88150ee777c79439c435435b6	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.480.000.000	04-12-2019	09:36:53.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a56ed6edd3670d5bc1691fe0f7b00204	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.490.000.000	04-12-2019	09:36:45.138	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc7347dee8e4ac5e4dc15aca734866d8	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.499.000.000	04-12-2019	09:36:48.141	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8ddb36f5931884ba3b6bc7010532936	

Listado General de todas las Ofertas

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.500.000.000	04-12-2019	09:36:36.431	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42bcd37f65f49d7334f10098165fcd1f	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.500.000.000	04-12-2019	09:36:42.025	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d87e69d206fdae12f68adcb785aeec3b	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.500.000.000	04-12-2019	09:36:46.317	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c044a76bf730ca0525a042ca7f733e13	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.520.000.000	04-12-2019	09:36:41.218	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f180439909a34df913039210725ba8e	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.520.000.000	04-12-2019	09:36:41.553	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e274eea32728be408ae61edc1fe0b811	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.530.000.000	04-12-2019	09:36:35.447	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b738f3d38113861bef56940114157d9a	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.530.000.000	04-12-2019	09:36:35.843	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	728d2222b882b7038591fef71ea85755	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.545.000.000	04-12-2019	09:36:34.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b620b450ef835095f626ab98c8f379e	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.549.000.000	04-12-2019	09:36:27.774	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae892ac9878a2060aa0a86d31495eac8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.550.000.000	04-12-2019	09:36:28.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2982321b6f5e871500521d89ea16092b	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.550.000.000	04-12-2019	09:36:39.086	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b61ee89c1d3d999e798f1cb250435cbd	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.560.000.000	04-12-2019	09:36:29.896	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58aa3f305c67117c0372b32bc21ad931	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.570.000.000	04-12-2019	09:36:27.157	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62482922bf57578d68174879c23c7557	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.580.000.000	04-12-2019	09:36:22.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55a9bb97d4a2465842c84f2cb22ab60d	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.580.000.000	04-12-2019	09:36:30.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5b1fc479eee412076022e9858777168	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.590.000.000	04-12-2019	09:36:18.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	544089c291626fabbc4153935c883064	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.600.000.000	04-12-2019	09:36:14.382	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ecd44c39ba1dc186c06e6dc6055cb8d	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.600.000.000	04-12-2019	09:36:20.048	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	263586f1fc76a866877dadce8499dafd5	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.600.000.000	04-12-2019	09:36:20.455	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5fcb35aa70c733d3d7513e7c2776016d	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.600.000.000	04-12-2019	09:36:20.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	505e323557c2d0c427f73543bd670df6	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.619.000.000	04-12-2019	09:36:13.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0ba0c55cb8c176d874f7c1fa2a8c936	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.620.000.000	04-12-2019	09:36:11.430	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c270e8bef3330d609e501bfc243c76e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.629.000.000	04-12-2019	09:36:32.381	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1d7bc89b1c5c87268480a914cf9c0ce	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.630.000.000	04-12-2019	09:36:07.500	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b942a196ad6f32521b79d449ccc6ae5b	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.630.000.000	04-12-2019	09:36:14.936	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b233f34988bcaca12c07ec2df41485cb	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.639.000.000	04-12-2019	09:36:08.332	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d25c0e32f3dac2492f09f523ba6955c	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.640.000.000	04-12-2019	09:36:04.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c628a9180f6a231fcc895fed81f9c380	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.640.000.000	04-12-2019	09:36:06.961	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	fe3007bbe5b91a3644b21637bd63d700	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.650.000.000	04-12-2019	09:36:00.612	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef5b02e4f325bc275447fc8091118222	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.650.000.000	04-12-2019	09:36:01.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2575eca75399167e6e4ca52767833b99	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.690.000.000	04-12-2019	09:35:59.286	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d92f15c69ea409be1152755abcef809	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.690.000.000	04-12-2019	09:36:05.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e34b625e6daa688dd8ab7a486a52aeb	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.700.000.000	04-12-2019	09:35:50.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7af053ca7bca138500a2bf414e0c0eaf	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.700.000.000	04-12-2019	09:35:58.699	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3beaba57c429eb6dd89d9af0ff50deb7	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.700.000.000	04-12-2019	09:35:59.395	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b32695a2381ba9a921bc0f8e7a7c450a	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.700.000.000	04-12-2019	09:35:59.531	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	803865b7b0092e4bbdd58bd11432e927	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.730.000.000	04-12-2019	09:35:47.783	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2f1c7095bdd021f66833757560a9141	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.730.000.000	04-12-2019	09:35:51.967	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1ea65d66e7e31beafdb033802a9b92c	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.730.000.000	04-12-2019	09:35:54.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	264a47f39cf26506871fca9069e34166	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.740.000.000	04-12-2019	09:35:44.293	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c41e308cd1d8770735c3c7c677b16912	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.740.000.000	04-12-2019	09:35:44.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9cc95ffc57782c0d9c104e3f8f8799dc	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.750.000.000	04-12-2019	09:35:37.827	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab12becc09ea7812fa748f3369db056f	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.750.000.000	04-12-2019	09:35:44.535	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba6bfe76408efaf6433a970fe6b5f893	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.790.000.000	04-12-2019	09:35:38.092	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23dd4c9efc26e6a2b66ac45fb26af42a	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.790.000.000	04-12-2019	09:35:38.158	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d6ed70488a538f331ecd97c0567758b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.800.000.000	04-12-2019	09:35:28.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2b1f340f8953baac519cef408322c41	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.830.000.000	04-12-2019	09:35:42.530	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74ebd412d77214a615388046b018e761	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.840.000.000	04-12-2019	09:35:30.353	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09878464148719bea957fd436b3987c6	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.840.000.000	04-12-2019	09:35:30.745	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2395e92b1ebbbc72cf9dc46254d04ba	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.849.000.000	04-12-2019	09:35:36.420	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	240dfd13492b12e0d677d42299ef1397	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.850.000.000	04-12-2019	09:35:17.210	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8794731861bf3dd7540ba6cf0b067a34	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.850.000.000	04-12-2019	09:35:20.844	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f9820b6e5c31ced4603fff152ed7a8e	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	2.850.000.000	04-12-2019	09:35:46.671	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7da3d2a80153884cc0b5c6f9857f13c	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.879.000.000	04-12-2019	09:35:24.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d2e62d73e3792371ddffec9483453d0	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.880.000.000	04-12-2019	09:35:28.917	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ca4e2067dd531e5a684afaa8decd595	

Listado General de todas las Ofertas

CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.899.000.000	04-12-2019	09:35:14.727	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7053bca8bef093ce490c2694f221ecb	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.899.000.000	04-12-2019	09:35:26.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1fa6dc7bdf6d6cc8ee2666c5dd48a030d	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.900.000.000	04-12-2019	09:35:04.120	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a93044f88d49f8a4d3f70456f750072e	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.900.000.000	04-12-2019	09:35:23.870	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a6c9bd2d5e9ce78522e14f0533cd00e	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	2.900.000.000	04-12-2019	09:35:34.209	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d19a188967212d079d0e086de349f27	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.910.000.000	04-12-2019	09:35:13.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6cd98e881a47e533445e5481ab3e4e43	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.940.000.000	04-12-2019	09:35:18.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb06ab6beb21c69b2adac085ffa6f462	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.949.000.000	04-12-2019	09:35:41.221	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cfbed0747a2b17dbebb57e69e4d667d	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.950.000.000	04-12-2019	09:35:02.156	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67ac68a56da0df646c3f00fa8b35776	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.950.000.000	04-12-2019	09:35:03.044	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e277722085288569eaa22b0233980447	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.985.000.000	04-12-2019	09:35:10.470	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b32119576e0da491d9a515e340cc13de	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.990.000.000	04-12-2019	09:35:02.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e74db0e2da66e319138da902c8eca66d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.990.000.000	04-12-2019	09:35:02.631	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a15ee256e9718cef5b83d39adcfde000	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.000.000.000	04-12-2019	09:34:34.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac7d4b99e9b27d43f83914a90efa3974	
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.000.000.000	04-12-2019	09:34:37.297	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5bc350a9dcc33e3c242f0a5419878e2	
INFOTEC SA - 80021897-3	3.000.000.000	04-12-2019	09:34:47.344	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	816ef2f7c9836f4280578233701978b2	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	3.000.000.000	04-12-2019	09:35:18.132	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4497b1ba5b3019fc1646b8ead5db2051	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.050.000.000	04-12-2019	09:34:29.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee9bbe86551346175501b37c943c9afc	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	3.090.000.000	04-12-2019	09:34:48.500	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43794dfc1c6808dca0613a7e189a30cd	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.100.000.000	04-12-2019	09:34:11.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5912545123ea3c14c5fbd8344caead19	
MAKRI S.A. - 80029237-5	3.100.000.000	04-12-2019	09:34:29.202	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	039105e84e834bc3fae774f381f372de	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	3.100.000.000	04-12-2019	09:34:34.757	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87abb5c40e0d1c2133eda72c27972212	
INFOTEC SA - 80021897-3	3.100.000.000	04-12-2019	09:34:42.518	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c992748d66018ff910bea073c5adad8e	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.140.000.000	04-12-2019	09:34:19.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07248673c30d43b2cfff7c3052e24c70	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	3.140.000.000	04-12-2019	09:34:30.284	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1159c5845d01587407f590661c7bd5ac	
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	3.150.000.000	04-12-2019	09:34:07.494	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72e874c7659f7d21bb94376fd394ade0	
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.150.000.000	04-12-2019	09:34:21.655	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	654d592d4865bd6c9dd0b2742cce57da	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.190.000.000	04-12-2019	09:33:59.308	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	86a8de920f84d92f230b19d30c7e5e77
INFOTEC SA - 80021897-3	3.200.000.000	04-12-2019	09:33:50.426
		Código Verificador:	25734994f3cb7b395c0dcc43e936d949
MAKRI S.A. - 80029237-5	3.200.000.000	04-12-2019	09:34:04.514
		Código Verificador:	7c67a24cd57d18e13e86e61dbadb9bf2
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.240.000.000	04-12-2019	09:34:01.747
		Código Verificador:	5a6a12813ce8ce032d531638f71cedd7
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.290.000.000	04-12-2019	09:33:40.917
		Código Verificador:	09dce6968216610f20aa539cd11240a5
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.300.000.000	04-12-2019	09:33:34.280
		Código Verificador:	ed35f107df58211be417ab43a127c132
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.320.000.000	04-12-2019	09:33:13.814
		Código Verificador:	1deda3c4c4f7baaf181ca1bcc1a5ac81
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	3.336.000.000	29-11-2019	08:02:48.439
		Código Verificador:	0e2202f7e88ec54b03028618ccd85e96
INFOTEC SA - 80021897-3	3.400.000.000	04-12-2019	09:33:26.476
		Código Verificador:	d5b57371bba00e44d1cf03c2ad5aa1f6
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.500.000.000	04-12-2019	09:34:54.773
		Código Verificador:	29fabdca0d99cfb35fc43cc4ba9155bc
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.550.000.000	04-12-2019	09:27:08.741
		Código Verificador:	5f6785e4066eced082bd07921313112d
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.590.000.000	04-12-2019	09:25:28.980
		Código Verificador:	2e639ffdb2ec7df8882a4693fa8ecf35
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.600.000.000	29-11-2019	08:02:48.408
		Código Verificador:	6ffd4165e69899a2762732c970c831db
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.720.000.000	29-11-2019	08:02:48.382
		Código Verificador:	76eec7b85696a34a973781e0176216c8
MAKRI S.A. - 80029237-5	3.769.113.336	29-11-2019	08:02:48.417
		Código Verificador:	2453632cd215b2cd20f0fdc66c6a9cd
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	4.485.240.000	29-11-2019	08:02:48.392
		Código Verificador:	374017e31345f587266ccb00da66eab7
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	4.500.000.000	04-12-2019	09:17:25.896
		Código Verificador:	90d797c4057cd064057969273690d1b1
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	4.522.936.002	29-11-2019	08:02:48.391
		Código Verificador:	2213925bde80d65ec1093833755f89b6
INFOTEC SA - 80021897-3	4.522.936.002	29-11-2019	08:02:48.400
		Código Verificador:	5a90c368e99467e7e4f94426d214e673
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	4.522.936.002	29-11-2019	08:02:48.434
		Código Verificador:	db9fe253d4528b37509338c26fe145dc
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	4.899.847.338	29-11-2019	08:02:48.418
		Código Verificador:	4c3796c3131b5d70b0dc3f9d0a1af00c

79 - MICROSCOPIO BINOCULAR

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOERIX S.A. - 80051821-7	181.000.000	04-12-2019	10:07:37.793	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	3934aaf3993fd753b2868251f183cc22	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	182.000.000	04-12-2019	10:06:40.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e3400ab7f4bd2a6fc6e18df77ac3665	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	183.000.000	04-12-2019	10:06:29.855	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1d4d9e92ee3c5d9e4bb80218f3cfa99	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	187.200.000	04-12-2019	10:05:52.273	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2d62aad73742a5d986380752df761cd	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	190.000.000	04-12-2019	10:05:59.829	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dca24afd0c734fd20967b77b85122bdd	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	200.000.000	04-12-2019	10:05:34.697	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	d09648ed30dfd345463e7d0142075a4b	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	210.990.000	04-12-2019	10:05:13.747	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d0ca7ca1c24b7b430bd6cc8ad730792	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	220.000.000	04-12-2019	10:05:21.880	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	956c8aa09ffbd8ba527402bf463fd71e	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	220.740.000	04-12-2019	10:04:45.654	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be2e818331ac29c9a5a65544960f606	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	225.000.000	04-12-2019	10:04:47.959	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	638a79c36992b2a17bdba66d8d832aa3	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	230.490.000	04-12-2019	10:04:23.498	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	935cdfa1fe4ef08941eb572bcde4ef3a	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	238.000.000	04-12-2019	10:04:20.651	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7cf81a3407e3a8767380d0c354e942b	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	238.290.000	04-12-2019	10:03:54.817	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa9e3042f8b9a09258d695f067b9695f	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	249.500.000	04-12-2019	10:03:48.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21d38e1d0f27c5bf04c30be3dc6c3496	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	249.990.000	04-12-2019	10:03:25.537	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	165aa1b56d143b2378296396610e0194	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	261.500.000	04-12-2019	10:03:32.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de976682d7f3b4d64bfa0d45a90144d3	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	261.690.000	04-12-2019	10:03:07.426	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8828c4774d92dd6ec6e915048b0d306	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	265.580.000	04-12-2019	10:03:00.694	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df4eaccff2d97d99b934d7b3bdeeb972	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	265.590.000	04-12-2019	10:01:12.157	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7553b1b99da6423165d1917a410fe532	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	270.000.000	04-12-2019	10:02:04.496	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28f7290a407954a3e072bb8231c1e467	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	273.000.000	29-11-2019	08:02:48.546	Propuesta
		Código Verificador:	a2bf11a9ea264221f05cf497dc3b108	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	275.340.000	29-11-2019	08:02:48.548	Propuesta
		Código Verificador:	9a4fa3e4801cb7ad4fec66e47edf4fc7	

80 - MICROSCOPIO QUIRÚRGICO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.680.000.000	04-12-2019	10:23:44.565	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d46bbdc84357c2107fc8a13a87dabc5f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.780.000.000	04-12-2019	10:22:44.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45ed87da53bbd8eb75f0c8fe6ba9dea9	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.830.000.000	04-12-2019	10:21:56.620	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9d7339fc1a51341f5f0a00602edfa8a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.880.000.000	04-12-2019	10:21:33.898	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cabd789b8f66506920a018fb29bc1f0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.930.000.000	04-12-2019	10:21:17.080	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88ad391946665b40762427fd4b42ac70	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.980.000.000	04-12-2019	10:20:33.948	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69fa0461a5d97bcc589521cdd95fec2f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.000.000.000	04-12-2019	10:20:14.407	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6bbaf25fadade02ae8e4af3b8a8d493e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.080.000.000	04-12-2019	10:19:46.671	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aac6e28661298228849b1d1688eeb9fb	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.150.000.000	04-12-2019	10:19:23.754	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f12b0a5bb293beaa0c57802c79fc0fa	

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.200.000.000	04-12-2019	10:19:04.647	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6c6bc48d294caab8c78897e801149c3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.300.000.000	04-12-2019	10:18:24.575	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1813c6d825e05aca367613a37b989c2	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	2.380.000.000	04-12-2019	10:19:26.005	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31d19d9d96e01eec19f55f63cb28a851	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.380.000.000	29-11-2019	08:02:48.620	Propuesta
		Código Verificador:	c7c86b442685fd8087a6a4b3d2e9937f	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	2.400.000.000	04-12-2019	10:18:31.565	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ec05373a69d76428072853435ba49a6	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	2.500.000.000	04-12-2019	10:17:37.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc08668fdf200c5fa29aa08880c4fd81	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	2.600.000.000	29-11-2019	08:02:48.619	Propuesta
		Código Verificador:	7679c1e65153c6ef8cdeb55994c48ecb	

81 - MICRÓTOMO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IN SITU S.A. - 80027373-7	94.000.000	04-12-2019	10:41:58.186	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8188de52ea5a3decb37c026150b38e56	
IN SITU S.A. - 80027373-7	95.000.000	29-11-2019	08:02:48.701	Propuesta
		Código Verificador:	6bfc56a4f8df0e014954b64ef3147233	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	127.785.200	04-12-2019	10:39:40.288	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b78734068e234f506b87309287f448a	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	288.998.400	29-11-2019	08:02:48.699	Propuesta
		Código Verificador:	7afd8fb936bc7626d51cd471d2e6958f	

82 - MINITRAMPOLIN

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.780.000	29-11-2019	08:02:48.763	Propuesta
		Código Verificador:	9f50682d8d6bc3f2794eb2a305a10c49	

83 - NEFROSCOPIO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	51.000.000	04-12-2019	11:12:01.256	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3202aff2e2d48aa4c6b004ccfc0d56a	
ALBATROS SACI - 80002766-3	60.300.000	29-11-2019	08:02:48.829	Propuesta
		Código Verificador:	ad765ee46c2427669c23b3da77c08c46	

84 - NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	93.456.000	29-11-2019	08:02:48.938	Propuesta
		Código Verificador:	ab68a9ce0b52951af0e567c997390e61	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	548.700.000	04-12-2019	11:25:38.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5b943d12ae6839f7925f898d5fe8053	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	592.953.717	29-11-2019	08:02:48.939	Propuesta
		Código Verificador:	92784c37c15cf147cf3c82131d22ea31	

85 - SILLA DE RUEDAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	105.350.000	04-12-2019	11:50:14.936	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	735d01cc12bb9524028f1e88e5154252	
V & V S.A - 80038216-1	105.500.000	04-12-2019	11:50:05.566	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f90929f42974d219abcc5a0be6ec185	
V & V S.A - 80038216-1	105.600.000	04-12-2019	11:49:57.221	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a1b01a70c3f8847e0b7fd379ca4d57f	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	105.650.000	04-12-2019	11:49:51.734	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c061d2de4a5e5cef4b37267f166fd99	
V & V S.A - 80038216-1	105.750.000	04-12-2019	11:49:45.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8975052ee078363ad9185bd94d4ad384	
V & V S.A - 80038216-1	105.850.000	04-12-2019	11:49:40.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f1f5dfc82903bc73a6bae1d7519373d	
V & V S.A - 80038216-1	106.000.000	04-12-2019	11:49:34.454	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0aad6a9d491c5ed4daa68f6f39326c5	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	106.200.000	04-12-2019	11:49:40.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48faa6302d182230bbd346b1e7ced70c	
V & V S.A - 80038216-1	106.250.000	04-12-2019	11:49:27.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42fa753e8328dcd3d23dc4656f6e686	
V & V S.A - 80038216-1	106.500.000	04-12-2019	11:49:21.833	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf089504f3a72fd9d5702aa99b9e3587	
V & V S.A - 80038216-1	106.750.000	04-12-2019	11:49:17.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f60a0b5255295ab5241c366953e12004	
V & V S.A - 80038216-1	107.000.000	04-12-2019	11:49:12.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c6e004d469b07227817a3d458de14f2	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	107.200.000	04-12-2019	11:49:19.047	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79cf509a0a78f2a4ab412247d8fcb56e	
V & V S.A - 80038216-1	107.350.000	04-12-2019	11:49:06.773	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c05d099e0b6b2a4e2d62e745310325d	
V & V S.A - 80038216-1	107.500.000	04-12-2019	11:48:58.556	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d35d90edb4328d6f4c24c88f61091d6a	
V & V S.A - 80038216-1	107.650.000	04-12-2019	11:48:54.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c01c564598da5f962b65123a75fcd8	
V & V S.A - 80038216-1	108.000.000	04-12-2019	11:48:49.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc3de9ed60a8022da1df339030f40099	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	108.200.000	04-12-2019	11:48:53.041	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02346aede81aa0b3c279b72375cc545	
V & V S.A - 80038216-1	108.500.000	04-12-2019	11:48:45.490	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6090cfae0883157c199ae6279d4ebeb	
V & V S.A - 80038216-1	108.650.000	04-12-2019	11:48:41.466	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7853b2cfa9afa5a6df186901821f43	
V & V S.A - 80038216-1	109.000.000	04-12-2019	11:48:37.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c635d949f5d3ffc1d1dd604bf6b719ef	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	109.200.000	04-12-2019	11:48:43.127	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8baaebb8f7548b39445d9df139610b69	
V & V S.A - 80038216-1	109.350.000	04-12-2019	11:48:32.057	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2de01fb4752c490ca51d4a8577edbea2	
V & V S.A - 80038216-1	110.000.000	04-12-2019	11:48:27.265	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3be2fb49b193f4578ab5edb265174af	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	110.200.000	04-12-2019	11:48:31.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74dd0c03434b99f9976925cf94e3261f	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	110.500.000	04-12-2019	11:48:17.584	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d8b3b2830df8a4a02c3b79b14d170f5	
V & V S.A - 80038216-1	110.500.000	04-12-2019	11:48:21.259	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31d001dbac9b99986cfde0caa234239b	
V & V S.A - 80038216-1	110.950.000	04-12-2019	11:48:16.638	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed3721cff3b2f252c737e72f3ce49edf	
V & V S.A - 80038216-1	111.350.000	04-12-2019	11:48:11.513	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5922b484bc7e6e606da98530fdc0baa	
V & V S.A - 80038216-1	111.500.000	04-12-2019	11:48:06.143	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a058d1d19daac9ee4e74ef5174c127f4	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	111.500.000	04-12-2019	11:48:06.210	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77fdf398e5688f9ff52a2b4e58cb2c82	
V & V S.A - 80038216-1	111.750.000	04-12-2019	11:48:01.399	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e45768cb4a0e8de3cb5c1774737205e5	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	111.950.000	04-12-2019	11:47:54.800	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a645cf4e16b59b22f394363f23b38f77	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	112.900.000	04-12-2019	11:47:45.914	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d14c1e5b5d72f18b8a9bb7dc5ce27ed	
V & V S.A - 80038216-1	113.500.000	04-12-2019	11:47:46.876	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e46aaebf325991ecd3a9dbd7241773cc	
V & V S.A - 80038216-1	113.750.000	04-12-2019	11:47:41.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bcce90fdc78ea67d000a981ca0f16d34	
V & V S.A - 80038216-1	114.000.000	04-12-2019	11:47:35.860	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92b844db22a7b7f19af48625c3650bec	
V & V S.A - 80038216-1	114.150.000	04-12-2019	11:47:31.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3602e84fec17a1cb7026d8f264b1ee4c	
V & V S.A - 80038216-1	114.350.000	04-12-2019	11:47:25.763	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	675cfb2e531c68c2f60e8e47fbbc3ae1	
V & V S.A - 80038216-1	114.500.000	04-12-2019	11:47:20.645	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f527e2a078f53b070202076485eae76	
V & V S.A - 80038216-1	114.750.000	04-12-2019	11:47:15.725	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d12810f277cbbee14b90f3db65c2ac06	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	114.900.000	04-12-2019	11:47:22.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e63543aa1e9932695010437a6b1dd93d	
V & V S.A - 80038216-1	115.000.000	04-12-2019	11:47:08.568	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	598e712427437253c59d5b4de3e03fbc	
V & V S.A - 80038216-1	115.350.000	04-12-2019	11:46:49.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65396dd68adb80d395eb18200d8d9a9f	
V & V S.A - 80038216-1	115.500.000	04-12-2019	11:46:42.854	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c5562c1ab318d94babadd7d08bbc0ad	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	115.500.000	04-12-2019	11:47:07.844	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6881d447a21ff1720fb5d1ce56f9ea7e	
V & V S.A - 80038216-1	116.000.000	04-12-2019	11:46:30.843	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac997cfa88d302fdaf39bf704f80ff01	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	116.500.000	04-12-2019	11:46:36.933	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09ffb7149cf814cda550191abc3d6b70	
V & V S.A - 80038216-1	116.700.000	04-12-2019	11:46:18.365	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	717849c67c39673cd85768558d9461c5	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	116.900.000	04-12-2019	11:46:08.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d2ee5a4da90052128845b6c324ab898	
V & V S.A - 80038216-1	117.050.000	04-12-2019	11:46:10.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3bdb4fac6ef4503592c90cd8bbdf15f1	
V & V S.A - 80038216-1	117.150.000	04-12-2019	11:46:01.584	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a350de4f75d1f47c2964e184ac47ed0a	
V & V S.A - 80038216-1	117.200.000	04-12-2019	11:45:54.609	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4155ea0cbe30aef087306be34908b2a7	
V & V S.A - 80038216-1	117.250.000	04-12-2019	11:45:51.910	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89406f98e5cbd663b37099c0c8531bf2	
V & V S.A - 80038216-1	117.350.000	04-12-2019	11:45:39.539	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81162f1be3d8ffa69cdd23254657aca9	
V & V S.A - 80038216-1	117.450.000	04-12-2019	11:45:32.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aac3cdbabfce2eee4c838aea61465b87	
V & V S.A - 80038216-1	117.500.000	04-12-2019	11:45:27.005	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e386c449b39b36761da8568516660cd7	
V & V S.A - 80038216-1	117.850.000	04-12-2019	11:45:22.222	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa7b587bffe5bdf90741fa99b86bdd07	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	117.900.000	04-12-2019	11:45:09.631	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a2b1089c3bd3056dd6030e1a8ecac18	
V & V S.A - 80038216-1	118.500.000	04-12-2019	11:45:06.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a45613db7a57e428887084d1dff0e9eb	
V & V S.A - 80038216-1	118.600.000	04-12-2019	11:45:00.557	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a68f5cbbf809ca0662626fe20bfec29	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	118.650.000	04-12-2019	11:44:55.210	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e393cc2920f07bc8455ba3f570bcee36	
V & V S.A - 80038216-1	118.750.000	04-12-2019	11:44:48.423	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3422fd7902b293c2441ebdccc64a10b75	
V & V S.A - 80038216-1	118.800.000	04-12-2019	11:44:40.770	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a860ed14371bfe7c4b6c0ec76166dbe2	
V & V S.A - 80038216-1	118.850.000	04-12-2019	11:44:33.698	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0a28c1d90f5adfc7e50c5b1337c6df	
V & V S.A - 80038216-1	118.900.000	04-12-2019	11:44:26.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4710169e4439503332c8fc2e44d9b5be	
V & V S.A - 80038216-1	118.950.000	04-12-2019	11:44:21.701	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15f6f287757bb25a880935d593f1ea9	
V & V S.A - 80038216-1	119.000.000	04-12-2019	11:44:14.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	505751042bb7185ffe4e6f67806f03d7	
V & V S.A - 80038216-1	119.050.000	04-12-2019	11:44:08.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ac1e0af4bd96676b74c16dd54ab0b9a	
V & V S.A - 80038216-1	119.100.000	04-12-2019	11:43:58.967	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2723e83988b375f89c772e0876b43999	
V & V S.A - 80038216-1	119.150.000	04-12-2019	11:43:52.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa5b324d7c6837e68b96ac155d426a78	
V & V S.A - 80038216-1	119.250.000	04-12-2019	11:43:36.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25156ec19b8916dbdf4c684aef5ac55d	
V & V S.A - 80038216-1	119.350.000	04-12-2019	11:43:31.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28fca8c7294dee48493402ebb4b11b5a	
V & V S.A - 80038216-1	119.500.000	04-12-2019	11:43:24.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dcd04e314835401c7b684a2a84102865	
V & V S.A - 80038216-1	119.650.000	04-12-2019	11:43:19.766	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c348ab2cfa7815ec5618bd1c93447135	
V & V S.A - 80038216-1	119.750.000	04-12-2019	11:43:12.518	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f528f3a502d855288ade2d54eac78056	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	119.900.000	04-12-2019	11:44:43.115	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	259ecf51f9218cb73f35b84766a3478b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	120.000.000	29-11-2019	08:02:49.068	Propuesta
		Código Verificador:	d2aa91d3ea69fffa82222a96d9ab0c0	
V & V S.A - 80038216-1	120.386.400	29-11-2019	08:02:49.067	Propuesta
		Código Verificador:	6b7528f30250e8cd7c9396fd3635a000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	122.000.000	04-12-2019	11:44:08.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e79d58e5336fb708a5f9c92da5d65392	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	133.275.360	29-11-2019	08:02:49.069	Propuesta
		Código Verificador:	45c503ec51d01fbc06d31b12d19e574e	

86 - OFTALMOSCOPIO DIRECTO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	14.000.000	04-12-2019	12:00:20.378	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	556d2b448df4317189549e6446759c8a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	20.000.000	29-11-2019	08:02:49.109	Propuesta
		Código Verificador:	edd1a92861a944197d6f66f61ab70312	

87 - OTOSCOPIO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	46.200.000	04-12-2019	12:18:24.175	Recepción de Lances
		Código Verificador:	a4ed75e283668e9d581abb3a4313bfcd	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	70.000.000	29-11-2019	08:02:49.154	Propuesta
		Código Verificador:	725a64d891a36933cd2487f5721989a0	

88 - PARAFINERO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	22.000.000	29-11-2019	08:02:49.198	Propuesta
		Código Verificador:	bf419c7e6f3ee1a30f10bbd3e1ade14d	

90 - PORTA SUEROS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	148.000.000	04-12-2019	13:11:48.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c367ee00ac2a896f0a3b4b914190566d	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	152.000.000	04-12-2019	13:11:28.926	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31c2c6acbdb6beba2a0796f3c412a123	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	154.000.000	04-12-2019	13:11:07.023	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd394a4dcfeb93f38c2c57225bd5f6f8	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	160.000.000	04-12-2019	13:10:56.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef471077d5762d27bc0808da4cf1fe8a	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	165.000.000	04-12-2019	13:10:52.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdacaae925adf2a04028359270bc9140	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	173.000.000	04-12-2019	13:10:48.740	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	443b59bec31774fc2fe53a480802827	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	175.000.000	04-12-2019	13:10:45.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71531825ba53413687ee218566741f9f	
V & V S.A - 80038216-1	178.000.000	04-12-2019	13:10:45.535	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0031e8e72645efb67591932702ec6efe	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	179.000.000	04-12-2019	13:10:41.198	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0980ee45249656916dc00a2a19889f2b	
V & V S.A - 80038216-1	179.000.000	04-12-2019	13:10:41.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e50b4c17afb3350b3f62fa56633f6969	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	180.000.000	04-12-2019	13:10:36.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e21c02e8dc3f9951fbc7e40e5f1fc5c1	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	185.000.000	04-12-2019	13:10:31.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbf9cd86b351926dd32fca7b8c428a89	
V & V S.A - 80038216-1	185.000.000	04-12-2019	13:10:37.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6db79001d944ac8ce9cb780fa2e7f9f1	
V & V S.A - 80038216-1	188.000.000	04-12-2019	13:10:33.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a929c81b406b3a89f77430df73527a8	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	189.000.000	04-12-2019	13:10:27.578	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d93927f84d501fcc7cb5fb070a494217	
V & V S.A - 80038216-1	189.500.000	04-12-2019	13:10:30.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edde04c2e30517d05ad348a37e5fcc9	
V & V S.A - 80038216-1	190.000.000	04-12-2019	13:10:26.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1793e5c867a086fa197afb6691e2a24e	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	194.000.000	04-12-2019	13:10:19.834	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ec669673be32f760ef65cfb4d6b6747	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	195.000.000	04-12-2019	13:10:15.852	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77f9d9f1bc904f0e0d6ba50625757302	
V & V S.A - 80038216-1	195.000.000	04-12-2019	13:10:22.371	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21a362a691664d152ced85560206bf50	
V & V S.A - 80038216-1	198.000.000	04-12-2019	13:10:18.533	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f14976a4204f160f95cdcdc85098a65	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	199.000.000	04-12-2019	13:10:09.777	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	967e82dd90cfe7719f74e7ad9026d14e	
V & V S.A - 80038216-1	199.000.000	04-12-2019	13:10:14.455	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2b4b0207eb25aea9f090161d3907951	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	199.700.000	04-12-2019	13:10:10.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b2935abb08c79ef274361a9db8747aa	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	200.000.000	04-12-2019	13:10:03.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71cbc7be1cc72b5e52afc9f9d5f7fe2c	
V & V S.A - 80038216-1	203.000.000	04-12-2019	13:10:05.570	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1fc7f884eb42cdd1b70064465583f5d9	
V & V S.A - 80038216-1	205.000.000	04-12-2019	13:10:01.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf72c77b74d55b385a007a876a67d3b2	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	206.000.000	04-12-2019	13:09:59.279	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60246162d54deb89a811b17955d33b29	
V & V S.A - 80038216-1	207.000.000	04-12-2019	13:09:56.561	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d35508e713f9e70599ea406b16373a26	
V & V S.A - 80038216-1	208.000.000	04-12-2019	13:09:52.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2ac5d0df1442d3550fc1ea9c399fe8	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	208.000.000	04-12-2019	13:09:54.242	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf2ca5072346add76bb8915ddfbedd6e	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	210.000.000	04-12-2019	13:09:47.944	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe5b04fd888cd855cc74165b14f1c903	
V & V S.A - 80038216-1	210.000.000	04-12-2019	13:09:48.525	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03ea8926eea2c57483c4e410a5aad579	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	212.000.000	04-12-2019	13:09:42.627	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab9893f569e62bcd1dd7560c0ebff181	
V & V S.A - 80038216-1	214.000.000	04-12-2019	13:09:44.374	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2fcd940660e3b6089355c93ace41a5f4	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	215.000.000	04-12-2019	13:09:37.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2bcbc70e66371a72a2419dcd18ca17cd	
V & V S.A - 80038216-1	217.000.000	04-12-2019	13:09:40.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e53a288d20da7c7c11dacd74da355fb5	
V & V S.A - 80038216-1	219.000.000	04-12-2019	13:09:34.678	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ac2d092097375595fbf6c45f5469fbc	
V & V S.A - 80038216-1	220.000.000	04-12-2019	13:09:31.066	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94197436bec9159e6a94b29f2286bcc3	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	220.000.000	04-12-2019	13:14:09.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edf28e325e790598224b2a960de81410	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	222.000.000	04-12-2019	13:09:31.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9cdd6e84c8343cab39bc72d9d5742334	
V & V S.A - 80038216-1	223.000.000	04-12-2019	13:09:27.183	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab7e501b086dbf81482ebc7aec68e917	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	225.000.000	04-12-2019	13:09:22.842	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	678732ee990c6c120819ec97176ea439	
V & V S.A - 80038216-1	227.000.000	04-12-2019	13:09:23.260	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8c09777422c0eac30f93f86707aad5c	
V & V S.A - 80038216-1	229.000.000	04-12-2019	13:09:19.201	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62d908e0c56ef547111fc64f05fd9ab2	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	230.000.000	04-12-2019	13:09:10.606	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3160474203468594393149835beb2d79	
V & V S.A - 80038216-1	238.000.000	04-12-2019	13:09:15.353	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cfa02ffbc914fd4a9e1238441986882	
V & V S.A - 80038216-1	239.000.000	04-12-2019	13:09:11.701	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c9b4f45c89b4b80998a5e1187e034d2	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	240.000.000	04-12-2019	13:08:57.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95c1e82b70223a24c7219c9f8f0c96bb	
V & V S.A - 80038216-1	243.000.000	04-12-2019	13:09:07.885	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3681fd78531a2f6adbeef533263453d4	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	243.500.000	04-12-2019	13:09:03.737	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	749da49ebf3b4f7c725911c380c6999a	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	244.000.000	04-12-2019	13:08:51.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc18ae26fc3c582aafd107b5cdfa8b73	
V & V S.A - 80038216-1	244.000.000	04-12-2019	13:08:54.450	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8852cf0be8d55dc2e44f9cfbb8a3c28a	
V & V S.A - 80038216-1	245.000.000	04-12-2019	13:08:49.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea9f1a1331f8439292128054e33d93aa	
V & V S.A - 80038216-1	246.000.000	04-12-2019	13:08:45.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8b02ca249767af4b840ff76ce03a1e9	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	247.000.000	04-12-2019	13:08:37.753	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b687a7f660bc2c38926dc9dbcac6208	
V & V S.A - 80038216-1	247.000.000	04-12-2019	13:08:41.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ca4f11c744c304a602fb62ce7c100eb	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	249.000.000	04-12-2019	13:08:32.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3711d728e7e0b7e83c87d008e9ccd51	
V & V S.A - 80038216-1	249.000.000	04-12-2019	13:08:37.092	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cd99a742b35f154c8d8f6a4a04ce14	
V & V S.A - 80038216-1	250.000.000	04-12-2019	13:08:31.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0545bdb51a8524146f474b8d80b75aea	
V & V S.A - 80038216-1	251.000.000	04-12-2019	13:08:27.598	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39b7964548da2972d342810095142c8e	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	252.000.000	04-12-2019	13:08:23.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	124165f5263e422e881055dd78989fcc	
V & V S.A - 80038216-1	252.000.000	04-12-2019	13:08:23.400	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4c1986f1791a27878c39f5a308be480	
V & V S.A - 80038216-1	253.000.000	04-12-2019	13:08:18.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d077cd7c34c3b8e5b5fc7a37d6001fb3	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	255.000.000	04-12-2019	13:08:10.821	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5ae1e8f58bf2bc3086f4491bcb998b4	
V & V S.A - 80038216-1	258.000.000	04-12-2019	13:08:15.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e92c3c469df64405e177395bac2cd533	
V & V S.A - 80038216-1	260.000.000	04-12-2019	13:08:09.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8226d5725f321f1f64d4cddb7de18ae7	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	261.000.000	04-12-2019	13:08:01.878	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df3a61ecf55546e3518d30123c72630d	
V & V S.A - 80038216-1	261.500.000	04-12-2019	13:08:03.654	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	382e7ed5a6bee71dd9bf32756f3186e9	
V & V S.A - 80038216-1	262.000.000	04-12-2019	13:07:58.661	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32bda673edfad5709ff55826f916f2f7	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	264.000.000	04-12-2019	13:07:52.397	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efe583f93d7be95d00e3ea24ca414f31	
V & V S.A - 80038216-1	265.000.000	04-12-2019	13:07:54.478	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5dbb572026157b7387b392de38158fe0	
V & V S.A - 80038216-1	265.350.000	04-12-2019	13:07:50.411	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0851725f10f3010e6d32a55fd270a17	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	266.000.000	04-12-2019	13:07:42.914	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f01ba696377f29adf5901344b9c8703e	
V & V S.A - 80038216-1	267.500.000	04-12-2019	13:07:45.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41f88ac5174b2660641e234313a03dd5	
V & V S.A - 80038216-1	268.000.000	04-12-2019	13:07:38.977	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd1bcfd2cde97412c08140974265d03a	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	269.000.000	04-12-2019	13:07:28.810	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3df4768d52766ddfa6dc6068ca628019	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	274.000.000	04-12-2019	13:07:28.450	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ec5742c5f7c6aee07867dd219ec0d4b	
V & V S.A - 80038216-1	274.350.000	04-12-2019	13:07:24.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c51bf4aa86498667a26192a13c8053cf	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	275.000.000	04-12-2019	13:07:17.769	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	848c12c34c9955266f8532d82571f580	
V & V S.A - 80038216-1	279.000.000	04-12-2019	13:07:18.110	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08c2c741c02667fad220e1ff44770320	
V & V S.A - 80038216-1	279.500.000	04-12-2019	13:07:11.937	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3948ad4130a56f4b15397c7824fb0f69	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	280.000.000	04-12-2019	13:07:07.705	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9f747d77fca27fa556b37794bc1907e	
V & V S.A - 80038216-1	288.500.000	04-12-2019	13:07:07.702	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db235c600126fb6087d3d966e68dda00	
V & V S.A - 80038216-1	288.950.000	04-12-2019	13:07:02.720	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e0efebde223c1a530d1525bc90ba927	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	289.000.000	04-12-2019	13:06:56.092	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c010f1dd18bbdb02d052c66ecc1e1cd	
V & V S.A - 80038216-1	296.050.000	04-12-2019	13:06:57.199	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56532c1daa9682b64c5bff1ea1995d91	
V & V S.A - 80038216-1	296.100.000	04-12-2019	13:06:51.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22fe352a5e29e6b516d2953178aee217	
V & V S.A - 80038216-1	296.150.000	04-12-2019	13:06:45.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12bff91862bdf0cdd40eecedec683030	
V & V S.A - 80038216-1	296.250.000	04-12-2019	13:06:38.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9079f7ec1a15ea2aa81dab7fdd12cd5c	
V & V S.A - 80038216-1	296.350.000	04-12-2019	13:06:32.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9376e2f3990cc31a894e16b230a61184	
V & V S.A - 80038216-1	296.500.000	04-12-2019	13:06:27.773	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41b9bd695a460c3a9cf9f0c1ad265e33	
V & V S.A - 80038216-1	296.750.000	04-12-2019	13:06:21.117	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e605785bbbfeafa886bfd0fe83f67547	
V & V S.A - 80038216-1	297.000.000	04-12-2019	13:06:12.419	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6cec7da9a131ee48e35c481cb713fb42	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	297.308.088	29-11-2019	08:02:49.354	Propuesta
		Código Verificador:	5eb1403230d62098fad459d52e18a8ab	
V & V S.A - 80038216-1	300.168.000	29-11-2019	08:02:49.351	Propuesta
		Código Verificador:	dd200e12e8f581b84a9219b7fbade1ec	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	325.181.736	29-11-2019	08:02:49.353	Propuesta
		Código Verificador:	d9feac97401ed3a9d0b1376c3f1c40ea	

91 - SET DE CUÑAS Y RODILLOS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	18.090.000	29-11-2019	08:02:49.391	Propuesta
		Código Verificador:	157f34c5a2db3c56f79d079b8cb45d21	

92 - SET DE PELOTAS TERAPÉUTICAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	9.540.000	29-11-2019	08:02:49.468	Propuesta
		Código Verificador:	f5b9e8ea22fc2a098877e9c598c28396	

94 - SILLA DE EXTRACCIÓN DE SANGRE

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	22.000.000	29-11-2019	08:02:49.611	Propuesta
		Código Verificador:	4ccd6a76835d392ad8110f8af00e31b2	

Listado General de todas las Ofertas

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	146.300.000	04-12-2019	13:55:09.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64f0744bf05160d60e9b3f13f4a54294	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	154.091.245	29-11-2019	08:02:49.616	Propuesta
		Código Verificador:	a7d54c39d0db98fbab3e66872ed2276f	

95 - SILLA DE RUEDAS ABATIBLE

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	38.700.000	04-12-2019	14:18:45.995	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ed2ee3534f01151d6aa15c5ad9a577b	
V & V S.A - 80038216-1	38.752.800	29-11-2019	08:02:49.652	Propuesta
		Código Verificador:	a9cbee1ec9ca8d999e69092759c0456a	

97 - TERMOHIGROMETRO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	7.200.000	29-11-2019	08:02:49.721	Propuesta
		Código Verificador:	dbd1409d3e6794af5284e8d1f9898193	

98 - TERMOMETRO DIGITAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	21.670.000	29-11-2019	08:02:49.767	Propuesta
		Código Verificador:	3e2949e78e6c7a979fedc4d95cc55744	

101 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
V & V S.A - 80038216-1	1.400.000.000	05-12-2019	08:32:57.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf88ea5897ad58e48a85bc97f40da6a7	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.425.000.000	05-12-2019	08:33:03.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62d80b595aed532073a5fd3c8adc450f	
V & V S.A - 80038216-1	1.450.000.000	05-12-2019	08:32:52.293	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	268feae5e4c4462a2a72d6970c4bd01a	
V & V S.A - 80038216-1	1.485.000.000	05-12-2019	08:32:48.011	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e0c3e19aa87e24694761b217715f5cb	
V & V S.A - 80038216-1	1.500.000.000	05-12-2019	08:32:43.872	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	695e44e20863a6916acbedb093075ccf	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.520.000.000	05-12-2019	08:32:40.606	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	090a0811f6753a9619e88c9d151f1f3c	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.520.000.000	05-12-2019	08:32:51.733	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40dc79be82c34d2eb55f80750c36b2d9	
V & V S.A - 80038216-1	1.525.000.000	05-12-2019	08:32:39.772	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfdef02300d42f70e6ab24013dccb29b	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.530.000.000	05-12-2019	08:32:36.380	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d5253eece1f7e48c6d56adf04993c46	
V & V S.A - 80038216-1	1.550.000.000	05-12-2019	08:32:35.355	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54ebc1a08df14fd82b9db314fa63d2d7	
V & V S.A - 80038216-1	1.585.000.000	05-12-2019	08:32:30.068	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4f89b99b2a555858d93e448675e3fe5	
V & V S.A - 80038216-1	1.600.000.000	05-12-2019	08:32:25.895	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	537275bd663c87d586c159e0cec87686	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.600.000.000	05-12-2019	08:32:28.578	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b7a8fc5d9d0fee85812a0f68b05d84c	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.610.000.000	05-12-2019	08:32:22.313	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a0f0997f9ce50bb7b5c4f9fc5cdc6c5	
V & V S.A - 80038216-1	1.625.000.000	05-12-2019	08:32:22.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aef486d94a9d42533d7e23a8aee88ab4	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.640.000.000	05-12-2019	08:32:24.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be2dba177c4fe25a13adefe21ba2be86	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	1.650.000.000	05-12-2019	08:32:16.840	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb5034a289d0f6cdd4e345eb7e54a149	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.680.000.000	05-12-2019	08:32:17.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5fe612029124b433eb0033a7fd141775	
V & V S.A - 80038216-1	1.685.000.000	05-12-2019	08:32:12.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff49ca6806b14e901e89e6a07fdc137d	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.700.000.000	05-12-2019	08:32:04.860	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d08d8a6f07f91c12f46fa4457fa0832	
V & V S.A - 80038216-1	1.700.000.000	05-12-2019	08:32:08.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffe07b064f6c85ab9ad2389ef5d03c2b	
V & V S.A - 80038216-1	1.715.000.000	05-12-2019	08:32:03.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	060dc499ab603b7a9d3fb9e6c149967f	
V & V S.A - 80038216-1	1.735.000.000	05-12-2019	08:31:59.307	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75a7b3527e2bce7ffc2542bca8b0a3ab	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.740.000.000	05-12-2019	08:31:59.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	189566d37c0a345f661bd4a4beae1a12	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.750.000.000	05-12-2019	08:31:50.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c7230daae429964d83ab554c50a788f	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.760.000.000	05-12-2019	08:31:56.567	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2add318dd75110065fe8ae9851f0b1f6	
V & V S.A - 80038216-1	1.765.000.000	05-12-2019	08:31:52.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54c926f562f1ad1e62ec48bd22f8a89c	
V & V S.A - 80038216-1	1.785.000.000	05-12-2019	08:31:47.258	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5c6905a3635d25143e504c06fd36a3	
V & V S.A - 80038216-1	1.800.000.000	05-12-2019	08:31:41.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a96fd72c39fb99dfb6b8fea61db7f641	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.800.000.000	05-12-2019	08:31:49.231	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ee34838e8499427d4312c2a502f4ee8	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.820.000.000	05-12-2019	08:31:44.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	507accd79d443a4b28c7fec36ea7b7a8	
V & V S.A - 80038216-1	1.825.000.000	05-12-2019	08:31:36.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2559a687e48bceb45e92733927a5b15b	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.840.000.000	05-12-2019	08:31:36.132	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84b8873ac6d076b533f411d183bb525e	
V & V S.A - 80038216-1	1.850.000.000	05-12-2019	08:31:29.689	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25d2f6d3030b30d36aa20ab3aeb893da	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.850.000.000	05-12-2019	08:31:29.948	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae66684a560b99d76b3af5436fc2d8f7	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.860.000.000	05-12-2019	08:31:31.095	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	369695dab7d1ca28f5b8d363a3c9157e	
V & V S.A - 80038216-1	1.865.000.000	05-12-2019	08:31:21.537	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6082fb53edea97f852a28783af4fe03	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.870.000.000	05-12-2019	08:31:11.334	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1437d596b77f93d885e61c693ec9a10e	
V & V S.A - 80038216-1	1.885.000.000	05-12-2019	08:31:13.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32fa4945aa9cd6aeb2192c8f2176c5eb	
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.900.000.000	05-12-2019	08:31:00.124	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68c1b7346fb24389cd54dd5af6bcaeb7	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.900.000.000	05-12-2019	08:31:04.395	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f9fda2e0066be3dbba78f586d2d6076	
V & V S.A - 80038216-1	1.900.000.000	05-12-2019	08:31:05.435	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cae97492eea710db17b1aad451b4255	
V & V S.A - 80038216-1	1.905.000.000	05-12-2019	08:30:59.100	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9b38840627bf2d5225bcb3d15417149	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.910.000.000	05-12-2019	08:30:59.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e9f79d28e94f5fc328dcbef147eb55	
V & V S.A - 80038216-1	1.915.000.000	05-12-2019	08:30:53.512	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5960f64eabfd784d452299f2695b6a9e	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	1.925.000.000	05-12-2019	08:30:48.575	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	465878c3dffcd4dc761cb0dca989d794	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.940.000.000	05-12-2019	08:30:54.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04570b3a18735c15ca5aa60468b1e949	
V & V S.A - 80038216-1	1.950.000.000	05-12-2019	08:30:43.615	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c614db83349f92cf28ccc8e24ee79ef	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.980.000.000	05-12-2019	08:30:50.810	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00b46dc27f9fe443438644c26967e1bf	
V & V S.A - 80038216-1	1.990.000.000	05-12-2019	08:30:39.314	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c35d7950bb2bb76685e4f87cc4c8fe6	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.990.000.000	05-12-2019	08:30:42.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cc3df83e965977b741dc0d0c7246f00	
V & V S.A - 80038216-1	1.995.000.000	05-12-2019	08:30:34.090	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da8f891fbf08bfe36d86196bca6cbc10	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.000.000.000	05-12-2019	08:30:21.211	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa469c9422b921171a1a51405e371838	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.000.000.000	05-12-2019	08:30:32.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae43dad5bb8becc1e6fa77d4b9abc0	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.100.000.000	05-12-2019	08:32:37.033	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed30ac0fa0baab381f41867213508e52	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	2.116.000.000	05-12-2019	08:30:26.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	776fb2597f3028de2813ab429a8a2101	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.200.000.000	05-12-2019	08:32:22.296	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c25505e7ab8063c68524f2cb87c8f7f5	
V & V S.A - 80038216-1	2.220.000.000	05-12-2019	08:30:28.552	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db75da18ef8008654eece84350e29df83	
V & V S.A - 80038216-1	2.225.000.000	05-12-2019	08:30:24.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6b60f45e3734cde28190f3fdd8bb23b	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.230.000.000	05-12-2019	08:30:12.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2efae1c16db36ea01851ba5b73f8aff	
V & V S.A - 80038216-1	2.245.000.000	05-12-2019	08:30:17.980	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a2913a69becda7ad50b8531411be5d2	
V & V S.A - 80038216-1	2.246.000.000	05-12-2019	08:30:11.898	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	778eb029b11b44230e3765e95463010a	
V & V S.A - 80038216-1	2.248.000.000	05-12-2019	08:30:03.789	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d9a629743541b0e2d86301e59e6209b	
V & V S.A - 80038216-1	2.250.000.000	05-12-2019	08:29:51.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	791534df64b2cdc4464308727356d56e	
V & V S.A - 80038216-1	2.261.000.000	05-12-2019	08:29:44.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	779fd0d4a4339bcc8568ba4463c1459b	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	2.261.800.008	29-11-2019	08:02:50.167	Propuesta
		Código Verificador:	bbb8942967e000508e268e034e780e22	
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.261.800.008	29-11-2019	08:02:50.168	Propuesta
		Código Verificador:	588d968ef8a899e313b2d3f49fa5d2ec	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	2.575.200.000	29-11-2019	08:02:50.162	Propuesta
		Código Verificador:	103c738e00b53660a10f10088546e0a6	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.576.000.000	05-12-2019	08:30:43.757	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d1512b1dd34cdf21f06d068cca56a7	
V & V S.A - 80038216-1	2.714.160.000	29-11-2019	08:02:50.160	Propuesta
		Código Verificador:	399d23c392634a695e1ee89392a02752	
INFOTEC SA - 80021897-3	2.714.160.000	29-11-2019	08:02:50.164	Propuesta
		Código Verificador:	b2659769f75c6b4859010b5afaa7f8d5	
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.940.340.008	29-11-2019	08:02:50.170	Propuesta
		Código Verificador:	ea84af16ef0c9114853d1f8a32399573	

Listado General de todas las Ofertas

BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.000.000.000	05-12-2019	08:32:29.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03fce72f42a4cd2d032b733b3634613e	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.120.000.000	05-12-2019	08:31:55.705	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e3eac2651a61a91085a40e14413d00a	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.360.000.000	05-12-2019	08:31:23.693	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9750c64e14f0f5a8ab337027ffdb9e6	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.600.000.000	05-12-2019	08:30:54.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df1124cde5f4d016a7b92729eb643d21	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	4.080.000.000	29-11-2019	08:02:50.159	Propuesta
		Código Verificador:	4956f0a66057ea6ccc8279e8c631ad6	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.150.000.000	05-12-2019	08:30:56.003	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da01b41789e8f17dfb93795782d61ea	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	4.200.000.000	05-12-2019	08:23:31.058	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d2c0838a40a7588c8ca03a24127f2d32	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.315.000.000	05-12-2019	08:16:46.519	Recepción de Lances
		Código Verificador:	8c33c4a308b5cb552a2fb9bd0188e3aa	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	4.320.000.000	29-11-2019	08:02:50.163	Propuesta
		Código Verificador:	8802529c89369f576fd1fd8313c82bee	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.800.000.000	29-11-2019	08:02:50.161	Propuesta
		Código Verificador:	825284d283bc282dc59bd30eaad15b2e	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	4.800.000.000	29-11-2019	08:02:50.171	Propuesta
		Código Verificador:	02d2da17e32936e7b1cf439fe76ff7e3	

102 - CISTOURETROSCOPIO FLEXIBLE

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	118.900.000	05-12-2019	08:46:32.286	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	099bff3998015f2f162a75b0ec82a088	
ALBATROS SACI - 80002766-3	141.000.000	29-11-2019	08:02:50.216	Propuesta
		Código Verificador:	3089b3f3080f9c251a249123189ff57c	

103 - EQUIPO DE RESECCIÓN TRANSURETRAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	782.980.000	05-12-2019	09:23:37.003	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	399a60c50bab35ea6716992656c114fb	
ALBATROS SACI - 80002766-3	865.000.000	29-11-2019	08:02:50.287	Propuesta
		Código Verificador:	88a085eee5cbf7f89a505049dcefb4eb	

104 - SIERRA OSCILANTE QUIRÚRGICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	700.000.000	05-12-2019	09:57:03.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7911e0043aa17845572ed5edb07cfc2	
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	899.000.000	05-12-2019	09:59:07.235	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27bbfaa634eba6e692a5571621f75469	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	900.000.000	29-11-2019	08:02:50.380	Propuesta
		Código Verificador:	bf763a71c8f77f5b56c8216b527a6e06	
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	1.739.155.000	29-11-2019	08:02:50.381	Propuesta
		Código Verificador:	a2f6055cfc7c43985f03b2331b76fe71	

105 - TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOERIX S.A. - 80051821-7	750.000.000	05-12-2019	13:07:17.765	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be03b2f192de1a9d89b37fb098aa827f	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	760.000.000	05-12-2019	13:06:38.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae9bb11a0464fd3d803eed534b8bb22	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	770.000.000	05-12-2019	13:06:18.672	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3b444faa0c5ed13922ea6cd454c9321	

Listado General de todas las Ofertas

BIOERIX S.A. - 80051821-7	780.000.000	05-12-2019	13:05:58.303	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a08826fe065f2c5580394881b0aaf8b	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	780.000.000	05-12-2019	13:06:10.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0154ae0d5f62607591cc1b1ba6bc0129	
ALBATROS SACI - 80002766-3	795.000.000	05-12-2019	13:05:56.926	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddaf656887496c718e8052534b6a1b14	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	800.000.000	05-12-2019	13:05:47.321	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ec4e4ac8854d027049acde417899b4b	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	800.000.000	05-12-2019	13:05:59.325	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22b4d9acdcca414163e3ed61683ef4e	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	804.000.000	05-12-2019	13:05:49.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f3803d41805abadd7e3e99ef9aad978	
ALBATROS SACI - 80002766-3	805.000.000	05-12-2019	13:05:44.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b293d0f0fadf7d68691d29227dd5d090	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	806.000.000	05-12-2019	13:05:44.199	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d03018a7af137fb08258cdaeeac0c101	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	810.000.000	05-12-2019	13:05:36.047	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a4323613cffe38322d9b7bca02dfe44	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	810.000.000	05-12-2019	13:05:36.304	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19f50707442eea968932c6cb1b6a250a	
ALBATROS SACI - 80002766-3	810.000.000	05-12-2019	13:05:37.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2251dd02f26a461b35be364da18e2c06	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	813.000.000	05-12-2019	13:05:30.553	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e30c5fb1e823afd0371ff94dda858ae5	
ALBATROS SACI - 80002766-3	813.000.000	05-12-2019	13:05:32.928	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7713a9fe2bc8b41e73d3c4acfe023670	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	815.000.000	05-12-2019	13:05:25.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be9166330cd9df7e0d90256a68e5b89f	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	816.000.000	05-12-2019	13:05:23.722	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	186bc287c1dc11773643ce0715881ab6	
ALBATROS SACI - 80002766-3	818.000.000	05-12-2019	13:05:19.783	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	311cc6e685c601edd3cf2bd282b35fe6	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	820.000.000	05-12-2019	13:05:13.665	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6afb5d1f5c0e255cdfbffade4dbcf3	
ALBATROS SACI - 80002766-3	820.000.000	05-12-2019	13:05:13.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93fdf3540b6508cccc8bdc1b0a17e485	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	824.000.000	05-12-2019	13:05:13.809	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1fa9c32a55baca9ba9353ad5caf51e3	
ALBATROS SACI - 80002766-3	825.000.000	05-12-2019	13:05:01.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45c531f03c79f10f829a0cf5a00122ad	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	830.000.000	05-12-2019	13:04:53.163	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d53d82526bd95370d72708970691a79	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	865.000.000	05-12-2019	13:05:02.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a62bf59477819bdaad637955246bc336	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	875.000.000	05-12-2019	13:04:51.303	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f48fa15597dbc4f415caa44e2e8ddf5	
ALBATROS SACI - 80002766-3	890.000.000	05-12-2019	13:04:48.653	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d534faf8987047fce3386a244a050523	
ALBATROS SACI - 80002766-3	895.000.000	05-12-2019	13:04:40.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db16da375328ed1191cd2493c2173080	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	895.000.000	05-12-2019	13:04:41.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e75763aaa79eea7e42dc41ef700e69e	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	900.000.000	05-12-2019	13:04:33.662	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1f4e28d2502d740ce11753185cd8653	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	900.000.000	05-12-2019	13:04:41.584	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a06316bcb9cd53a160b1070441bf90a9	
ALBATROS SACI - 80002766-3	913.000.000	05-12-2019	13:04:34.180	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4abb795097e4aa4fd44cd823463041	

Listado General de todas las Ofertas

SALUMAX S.A. - 80018828-4	915.000.000	05-12-2019	13:04:27.615	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b4d293b37b314ffdd875e5fb62cb2ad	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	920.000.000	05-12-2019	13:04:24.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d67aa5656a652d3fb981ff15b2325c23	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	935.000.000	05-12-2019	13:04:22.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	927f1ed52c48f56fca95411073fbab6d	
ALBATROS SACI - 80002766-3	943.000.000	05-12-2019	13:04:28.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34b56b99a5304e09db6304d3bb5f79b1	
ALBATROS SACI - 80002766-3	945.000.000	05-12-2019	13:04:14.241	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54ab54fca336f229a08b9951a8a12f38	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	945.000.000	05-12-2019	13:04:15.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47edecd1e725c4971d8300f4514b30e8	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	950.000.000	05-12-2019	13:03:59.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa1c83c3b69e4fe63cf41b561f429803	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	965.000.000	05-12-2019	13:04:09.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e28b28ae1a5332be64c40b86075755e	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	975.000.000	05-12-2019	13:03:59.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c02d2c4e8748a853e1828dc08fea79b	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	980.000.000	29-11-2019	08:02:50.562	Propuesta
		Código Verificador:	6468ec1337273b667b750ae6a8cfc64e	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	990.000.000	05-12-2019	12:57:46.638	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9120624244c9cb0486f5e9324be18a9f	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.070.610.000	29-11-2019	08:02:50.564	Propuesta
		Código Verificador:	df7f254fe7fccd7f0d456f5e5a44639c	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	1.200.000.000	29-11-2019	08:02:50.565	Propuesta
		Código Verificador:	e789037e14c29c25b4de5b6753606f8e	

106 - TORRE DE NEUROENDOSCOPIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	816.600.000	05-12-2019	13:17:13.006	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3de7604db9713341f0475424b73d22f2	
ALBATROS SACI - 80002766-3	900.000.000	29-11-2019	08:02:50.639	Propuesta
		Código Verificador:	f3d5a9c773b61194962b5d1f0371d8df	

107 - TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.705.800.000	05-12-2019	13:30:22.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	112eea9b21f15d1f65501dff7c894f22	
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.128.000.000	29-11-2019	08:02:50.685	Propuesta
		Código Verificador:	e154f9e3496b9f0742cf7e755c7aaa8f	

108 - ENDOSCOPIO - MEDIASTINOSCOPIO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	203.350.000	05-12-2019	13:48:41.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9363e47ed2cad4fb156a005774a324c3	
ALBATROS SACI - 80002766-3	230.000.000	29-11-2019	08:02:50.743	Propuesta
		Código Verificador:	cbdc3a3dcb1545cb15cbe1a9f82a6eb8	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem
1 - ARCO EN C

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.390.000.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	3.400.000.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	3.480.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.099.000.000
Consorcio Sumi - 80109965-0	4.304.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

2 - ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPÓSITO

Oferente	Mejor Precio
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.080.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	1.081.000.000
DEZETA S.A - 80019208-7	1.082.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.280.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.480.000.000

3 - ECOGRAFO MODULAR PARA UROLOGÍA

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	339.000.000
DEZETA S.A - 80019208-7	369.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	369.900.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	410.000.000

4 - ELECTROCARDIOGRAFO

Oferente	Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	179.000.000
V & V S.A - 80038216-1	180.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	240.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	259.200.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	810.378.000

5 - MÁQUINA DE ANESTESIA

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	7.000.000.000
V & V S.A - 80038216-1	7.175.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	7.800.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	8.660.000.000

6 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

Oferente	Mejor Precio
INFOTEC SA - 80021897-3	3.900.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.940.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	3.950.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.020.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.175.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	4.185.000.000
V & V S.A - 80038216-1	4.400.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	14.064.313.500

7 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA NEUROCIRUGÍA

Oferente	Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	220.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	220.500.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	250.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	838.117.200

8 - VENTILADOR DE TRASLADO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	350.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	358.000.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	364.000.000

9 - VENTILADOR PULMONAR

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.530.000.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	3.699.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	3.700.000.000
V & V S.A - 80038216-1	3.720.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	3.990.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	5.890.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.692.030.000

10 - EQUIPO DE RAYOS X MOVIL DIGITAL

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.869.000.000
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	1.885.000.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.000.000.000
DEZETA S.A - 80019208-7	2.182.000.000
Consortio Sumi - 80109965-0	2.186.500.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.120.000.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	3.157.835.400

11 - MÁQUINA DE ANESTESIA PARA RESONANCIA MAGNÉTICA

Oferente	Mejor Precio
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	295.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	305.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	500.000.000

12 - AGITADOR DE PLACAS

Oferente	Mejor Precio
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	96.000.000

13 - AGITADOR DE PLAQUETAS CON CÁMARA

Oferente	Mejor Precio
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	215.000.999
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	217.000.000

14 - AGITADOR DE TUBOS PARA LABORATORIO

Oferente	Mejor Precio
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	42.400.900
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	44.300.000

15 - ANDADOR

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.350.000

16 - TORRE DE ARTROSCOPIA

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.800.000.000

17 - ASPIRADOR QUIRÚRGICO PORTATIL

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	348.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	349.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	370.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	448.000.000

19 - AUTOCLAVE DE LABORATORIO

Oferente	Mejor Precio
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	230.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	258.000.000

20 - BALANZA ANALÍTICA PARA LABORATORIO

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	100.800.000
---	-------------

21 - BALANZA CON ALTIMETRO DIGITAL

Oferente	Mejor Precio
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	65.790.000
V & V S.A - 80038216-1	82.500.000
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	157.995.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	187.500.000

22 - BALANZA PRESICIÓN PARA LABORATORIO

Oferente	Mejor Precio
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	49.200.000

23 - BAÑO MARÍA

Oferente	Mejor Precio
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	50.000.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	56.000.000

24 - BARRAS PARALELAS

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	13.200.000

25 - BASTONES

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	519.000

27 - BIPEDESTADOR

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	136.000.000

28 - CABINA DE BIOSEGURIDAD

Oferente	Mejor Precio
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	430.000.000

29 - CALENTADOR ELÉCTRICO PARA LABORATORIO

Oferente	Mejor Precio
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	33.120.000

30 - CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	3.080.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	3.099.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	3.110.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.740.000.000

31 - CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.650.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.699.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.325.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.420.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.870.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	3.199.000.000

32 - CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA CON BALANZA

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	795.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	804.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	919.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.290.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.214.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	2.315.000.000

33 - CAMA ORTOPÉDICA ELÉCTRICA TIPO BALCÁNICA

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.940.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	3.400.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	3.500.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	5.600.000.000

34 - CAMILLA DE INSPECCIÓN

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A. - 80038216-1	12.227.200
ARGON S.R.L. - 80004373-1	16.000.000

35 - CAMILLA DE TRASLADO

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	666.000.000
V & V S.A. - 80038216-1	667.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	668.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	719.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	723.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.096.290.000

37 - CAMILLA FIJA DE INSPECCION

Oferente	Mejor Precio
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	112.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	117.500.000
V & V S.A. - 80038216-1	120.000.000

38 - CAMILLA DE INSPECCION GINECOLÓGICA

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	4.674.222
ARGON S.R.L. - 80004373-1	15.600.000

39 - CAMILLA ORTOSTÁTICA

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	49.799.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	49.990.000

41 - CAMILLA TIPO BOBATH

Oferente	Mejor Precio
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	30.399.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	32.699.000

42 - CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES

Oferente	Mejor Precio
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	1.225.000.000

43 - CAMPANA DE FLUJO LAMINAR

Oferente	Mejor Precio
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	912.000.000

44 - CARRO DE CURACIÓN

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	307.000.000
V & V S.A - 80038216-1	310.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	700.000.000

45 - CENTRO DE INCLUSIÓN DE PARAFINA

Oferente	Mejor Precio
IN SITU S.A. - 80027373-7	117.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	124.690.000

47 - CITOCENTRÍFUGA

Oferente	Mejor Precio
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	59.640.000
IN SITU S.A. - 80027373-7	79.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	150.000.000

48 - CRIOSTATO

Oferente	Mejor Precio
IN SITU S.A. - 80027373-7	227.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	248.999.990

49 - DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	738.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	743.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	790.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	910.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.344.000.000

51 - ENDOSCOPIO RÍGIDO

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.248.000.000

52 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO DE PARED

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	208.331.280
ARGON S.R.L. - 80004373-1	276.000.000

53 - EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	139.380.000

56 - EQUIPO PROCESADOR DE TEJIDOS

Oferente	Mejor Precio
IN SITU S.A. - 80027373-7	320.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	766.663.100

57 - EQUIPO SELLADOR DE VASOS

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.000.000.000
CODEX S.R.L. - 80000173-7	2.000.000.000
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.400.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.500.000.000

58 - ESCALERA DE ENTRENAMIENTO

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	5.950.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

59 - ESCALERAS DE DEDOS

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.490.000

60 - ESPALDAR CON TECHO

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.935.000

61 - ESTUFA DE CULTIVO

Oferente	Mejor Precio
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	150.400.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	160.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	188.000.000

62 - ESTUFA DE ESTERILIZACION

Oferente	Mejor Precio
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	70.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	72.500.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	139.300.000

63 - FRONTOLUZ

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	57.400.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	58.000.000

64 - GENERADOR DE MARCAPASOS EXTERNO

Oferente	Mejor Precio
CODEX S.R.L. - 80000173-7	123.200.000

65 - HIDROCOLLATOR

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	37.400.000

66 - LÁMPARA SCIALÍTICA PORTÁTIL

Oferente	Mejor Precio
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	300.000.000
V & V S.A - 80038216-1	348.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	440.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	450.000.000
EDISON S.R.L. - 80093090-8	499.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	500.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	740.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	954.000.000

67 - LÁMPARA SCIALÍTICA DE TECHO

Oferente	Mejor Precio
EDISON S.R.L. - 80093090-8	1.990.000.000
V & V S.A - 80038216-1	1.995.000.000
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA - 80088101-0	2.080.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.480.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.500.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	2.500.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.006.000.000

68 - LÁMPARA CUELLO DE CISNE

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	19.500.000
V & V S.A - 80038216-1	20.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
69 - LÁMPARA INFRARROJA

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	46.800.000

70 - LARINGOSCOPIO ADULTO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	209.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	219.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	264.000.000

71 - LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	92.250.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	92.500.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	100.000.000

72 - MACROCENTRIFUGA

Oferente	Mejor Precio
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	422.400.000

74 - MESA DE MAYO

Oferente	Mejor Precio
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	110.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	132.900.000

75 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA

Oferente	Mejor Precio
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.680.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	1.690.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.050.000.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.190.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.364.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.370.000.000
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	2.433.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	3.685.297.780

76 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE DE CRÁNEO

Oferente	Mejor Precio
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.190.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.199.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	1.239.000.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.339.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.469.000.000
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	1.470.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	1.500.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	2.000.000.000

77 - MESA QUIRÚRGICA

Oferente	Mejor Precio
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.400.000.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.419.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.690.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.699.000.900
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.799.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	2.980.000.000

78 - MESA QUIRÚRGICA RADIOLÚCIDA

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

INFOTEC SA - 80021897-3	2.350.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	2.390.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.399.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	2.400.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	2.430.000.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	2.450.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	2.460.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.629.000.000
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0	2.850.000.000

79 - MICROSCOPIO BINOCULAR

Oferente	Mejor Precio
BIOERIX S.A. - 80051821-7	181.000.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	182.000.000

80 - MICROSCOPIO QUIRÚRGICO

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.680.000.000
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	2.380.000.000

81 - MICRÓTOMO

Oferente	Mejor Precio
IN SITU S.A. - 80027373-7	94.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	127.785.200

82 - MINITRAMPOLIN

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.780.000

83 - NEFROSCOPIO

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	51.000.000

84 - NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	93.456.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	548.700.000

85 - SILLA DE RUEDAS

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	105.350.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	106.200.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	120.000.000

86 - OFTALMOSCOPIO DIRECTO

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	14.000.000

87 - OTOSCOPIO

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	46.200.000

88 - PARAFINERO

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	22.000.000

90 - PORTA SUEROS

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	148.000.000
V & V S.A - 80038216-1	178.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	220.000.000

91 - SET DE CUÑAS Y RODILLOS

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	18.090.000

92 - SET DE PELOTAS TERAPÉUTICAS

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	9.540.000

94 - SILLA DE EXTRACCIÓN DE SANGRE

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	22.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	146.300.000

95 - SILLA DE RUEDAS ABATIBLE

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	38.700.000

97 - TERMOHIGROMETRO

Oferente	Mejor Precio
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	7.200.000

98 - TERMOMETRO DIGITAL

Oferente	Mejor Precio
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	21.670.000

101 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA

Oferente	Mejor Precio
V & V S.A - 80038216-1	1.400.000.000
MAKRI S.A. - 80029237-5	1.425.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	1.520.000.000
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - 80011101-0	2.100.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	2.116.000.000
CODEX S.R.L. - 80000173-7	2.575.200.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.000.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.150.000.000
SALUMAX S.A. - 80018828-4	4.200.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	4.320.000.000

102 - CISTOURETROSCOPIO FLEXIBLE

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	118.900.000

103 - EQUIPO DE RESECCIÓN TRANSURETRAL

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	782.980.000

104 - SIERRA OSCILANTE QUIRÚRGICA

Oferente	Mejor Precio
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	700.000.000
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	899.000.000

105 - TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

BIOERIX S.A. - 80051821-7	750.000.000
SALUMAX S.A. - 80018828-4	780.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	795.000.000

106 - TORRE DE NEUROENDOSCOPIA

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	816.600.000

107 - TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.705.800.000

108 - ENDOSCOPIO - MEDIASTINOSCOPIO

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	203.350.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80000084-6 - G T SCIENTIFIC S.A.

Item	Precio Ganador
13 - AGITADOR DE PLAQUETAS CON CÁMARA	215.000.999
14 - AGITADOR DE TUBOS PARA LABORATORIO	42.400.900
23 - BAÑO MARÍA	50.000.000

Proveedor: 80000173-7 - CODEX S.R.L.

Item	Precio Ganador
64 - GENERADOR DE MARCAPASOS EXTERNO	123.200.000

Proveedor: 80001556-8 - CASA BOLLER S.A.

Item	Precio Ganador
11 - MÁQUINA DE ANESTESIA PARA RESONANCIA MAGNÉTICA	295.000.000
75 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA	1.680.000.000
76 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE DE CRÁNEO	1.190.000.000
77 - MESA QUIRÚRGICA	2.400.000.000

Proveedor: 80002766-3 - ALBATROS SACI

Item	Precio Ganador
16 - TORRE DE ARTROSCOPIA	2.800.000.000
51 - ENDOSCOPIO RÍGIDO	1.248.000.000
63 - FRONTOLUZ	57.400.000
83 - NEFROSCOPIO	51.000.000
102 - CISTOURETROSCOPIO FLEXIBLE	118.900.000
103 - EQUIPO DE RESECCIÓN TRANSURETRAL	782.980.000
106 - TORRE DE NEUROENDOSCOPIA	816.600.000
107 - TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	1.705.800.000
108 - ENDOSCOPIO - MEDIASTINOSCOPIO	203.350.000

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item	Precio Ganador
15 - ANDADOR	1.350.000
24 - BARRAS PARALELAS	13.200.000
25 - BASTONES	519.000
27 - BIPEDESTADOR	136.000.000
39 - CAMILLA ORTOSTÁTICA	49.799.000
53 - EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	139.380.000
57 - EQUIPO SELLADOR DE VASOS	1.000.000.000
58 - ESCALERA DE ENTRENAMIENTO	5.950.000
59 - ESCALERAS DE DEDOS	1.490.000

Items Ganados por Proveedor

60 - ESPALDAR CON TECHO	3.935.000
65 - HIDROCOLLATOR	37.400.000
68 - LÁMPARA CUELLO DE CISNE	19.500.000
69 - LÁMPARA INFRARROJA	46.800.000
80 - MICROSCOPIO QUIRÚRGICO	1.680.000.000
82 - MINITRAMPOLIN	1.780.000
86 - OFTALMOSCOPIO DIRECTO	14.000.000
87 - OTOSCOPIO	46.200.000
88 - PARAFINERO	22.000.000
91 - SET DE CUÑAS Y RODILLOS	18.090.000
92 - SET DE PELOTAS TERAPÉUTICAS	9.540.000
94 - SILLA DE EXTRACCIÓN DE SANGRE	22.000.000

Proveedor: 80011068-4 - LA CASA DEL MEDICO S.A.

Item	Precio Ganador
31 - CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA	1.650.000.000
32 - CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA CON BALANZA	795.000.000
38 - CAMILLA DE INSPECCION GINECOLÓGICA	4.674.222

Proveedor: 80011101-0 - CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA

Item	Precio Ganador
2 - ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPÓSITO	1.080.000.000
37 - CAMILLA FIJA DE INSPECCION	112.500.000
41 - CAMILLA TIPO BOBATH	30.399.000
44 - CARRO DE CURACIÓN	307.000.000
74 - MESA DE MAYO	110.000.000
90 - PORTA SUEROS	148.000.000

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
1 - ARCO EN C	3.390.000.000
3 - ECOGRAFO MODULAR PARA UROLOGÍA	339.000.000
5 - MÁQUINA DE ANESTESIA	7.000.000.000
9 - VENTILADOR PULMONAR	3.530.000.000
10 - EQUIPO DE RAYOS X MOVIL DIGITAL	1.869.000.000
33 - CAMA ORTOPÉDICA ELÉCTRICA TIPO BALCÁNICA	2.940.000.000
35 - CAMILLA DE TRASLADO	666.000.000

Proveedor: 80017185-3 - DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
12 - AGITADOR DE PLACAS	96.000.000
19 - AUTOCLAVE DE LABORATORIO	230.000.000
20 - BALANZA ANALÍTICA PARA LABORATORIO	100.800.000
21 - BALANZA CON ALTIMETRO DIGITAL	65.790.000
22 - BALANZA PRESICIÓN PARA LABORATORIO	49.200.000
28 - CABINA DE BIOSEGURIDAD	430.000.000
29 - CALENTADOR ELÉCTRICO PARA LABORATORIO	33.120.000
42 - CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES	1.225.000.000
43 - CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	912.000.000
47 - CITOCENTRÍFUGA	59.640.000
61 - ESTUFA DE CULTIVO	150.400.000
62 - ESTUFA DE ESTERILIZACION	70.000.000
72 - MACROCENTRIFUGA	422.400.000
97 - TERMOHIGROMETRO	7.200.000
98 - TERMOMETRO DIGITAL	21.670.000

Proveedor: 80021897-3 - INFOTEC SA

Item	Precio Ganador
6 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	3.900.000.000
78 - MESA QUIRÚRGICA RADIOLÚCIDA	2.350.000.000

Proveedor: 80023913-0 - SOLUMEDIC S.A.

Items Ganados por Proveedor

Item	Precio Ganador
4 - ELECTROCARDIOGRAFO	179.000.000
7 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA NEUROCIRUGÍA	220.000.000

Proveedor: 80027373-7 - IN SITU S.A.

Item	Precio Ganador
45 - CENTRO DE INCLUSIÓN DE PARAFINA	117.000.000
48 - CRIOSTATO	227.000.000
56 - EQUIPO PROCESADOR DE TEJIDOS	320.000.000
81 - MICRÓTOMO	94.000.000

Proveedor: 80030030-0 - CATETERES Y AFINES S.A.

Item	Precio Ganador
104 - SIERRA OSCILANTE QUIRÚRGICA	700.000.000

Proveedor: 80038216-1 - V & V S.A

Item	Precio Ganador
8 - VENTILADOR DE TRASLADO	350.000.000
17 - ASPIRADOR QUIRÚRGICO PORTATIL	348.000.000
30 - CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA	3.080.000.000
34 - CAMILLA DE INSPECCIÓN	12.227.200
49 - DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO	738.000.000
52 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO DE PARED	208.331.280
70 - LARINGOSCOPIO ADULTO	209.000.000
71 - LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO	92.250.000
84 - NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO	93.456.000
85 - SILLA DE RUEDAS	105.350.000
95 - SILLA DE RUEDAS ABATIBLE	38.700.000
101 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA	1.400.000.000

Proveedor: 80051821-7 - BIOERIX S.A.

Item	Precio Ganador
79 - MICROSCOPIO BINOCULAR	181.000.000
105 - TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA	750.000.000

Proveedor: 80088101-0 - GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
66 - LÁMPARA SCIALÍTICA PORTÁTIL	300.000.000

Proveedor: 80093090-8 - EDISON S.R.L.

Item	Precio Ganador
67 - LÁMPARA SCIALÍTICA DE TECHO	1.990.000.000

Listado de Mensajes

1 - ARCO EN C

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	08:11:42.149
Buenos días, comenzamos la Subasta.	29-11-2019	08:12:01.117
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	29-11-2019	08:15:38.460
Señores esperamos mejores ofertas.	29-11-2019	08:15:48.394
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	29-11-2019	08:17:06.818
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	08:17:11.845
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	08:17:43.395
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	08:23:43.545
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	08:27:13.645
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	08:27:13.771

Listado de Mensajes

2 - ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPÓSITO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	08:30:28.746
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	08:30:43.455
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	29-11-2019	08:30:59.246
Señores esperamos mejores ofertas.	29-11-2019	08:31:11.950
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	29-11-2019	08:31:19.406
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	08:36:12.628
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	08:37:11.969
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	08:48:31.783
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	08:54:15.891
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	08:54:15.958

3 - ECOGRAFO MODULAR PARA UROLOGÍA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	08:54:40.242
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-11-2019	08:54:50.189
Señores esperamos mejores ofertas.	29-11-2019	08:55:00.649
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-11-2019	08:55:15.463
Señores Oferentes, bajen sus precios	29-11-2019	08:55:21.111
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-11-2019	08:55:26.484
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	08:56:44.826
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	08:56:49.839
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	09:07:33.171
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	09:13:37.298
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	09:13:37.445

4 - ELECTROCARDIOGRAFO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	09:22:19.572
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-11-2019	09:24:14.921
Señores esperamos mejores ofertas.	29-11-2019	09:24:38.715
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-11-2019	09:24:43.966
Señores Oferentes, bajen sus precios	29-11-2019	09:25:04.306
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	29-11-2019	09:25:08.985
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	09:25:12.090
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	09:25:17.373
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	09:31:17.491
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	09:35:41.764
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	09:35:41.831

5 - MÁQUINA DE ANESTESIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	09:39:39.212
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	09:39:48.935
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	29-11-2019	09:39:53.956
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-11-2019	09:39:59.124
Señores esperamos mejores ofertas.	29-11-2019	09:40:05.346
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	29-11-2019	09:40:16.614
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	09:42:29.742
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	09:42:33.651
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	09:48:33.969
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	09:55:52.089
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	09:55:52.253

6 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	09:56:22.226
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	09:56:27.790
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	29-11-2019	09:58:05.699

Listado de Mensajes

En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-11-2019	09:58:10.371
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	29-11-2019	09:58:18.407
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	10:00:12.267
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	10:00:20.525
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	10:11:51.451
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	10:17:43.453
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	10:17:44.359

7 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA NEUROCIRUGÍA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	10:19:45.920
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	10:19:53.158
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-11-2019	10:20:08.794
Señores esperamos mejores ofertas.	29-11-2019	10:20:36.489
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-11-2019	10:21:10.180
Señores Oferentes, bajen sus precios	29-11-2019	10:21:20.237
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-11-2019	10:21:27.168
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	10:21:29.553
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	10:21:35.046
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	10:28:30.115
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	10:37:37.558
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	10:37:37.668

8 - VENTILADOR DE TRASLADO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	10:38:42.588
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	10:39:50.794
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	29-11-2019	10:39:55.518
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-11-2019	10:39:58.283
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	29-11-2019	10:40:04.698
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	10:40:09.320
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	10:41:48.242
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	10:47:48.311
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	10:53:46.333
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	10:53:46.412

9 - VENTILADOR PULMONAR

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	10:54:18.610
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	10:54:23.915
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	29-11-2019	10:54:30.384
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	29-11-2019	10:54:37.608
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-11-2019	10:54:40.438
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	10:54:43.849
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	10:58:23.580
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	11:04:23.870
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	11:11:07.085
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	11:11:07.183

10 - EQUIPO DE RAYOS X MOVIL DIGITAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	11:18:15.763
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	11:18:58.746
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	29-11-2019	11:19:11.006
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-11-2019	11:19:14.207
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	11:19:48.510
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	11:19:52.640
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	11:25:52.747
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	11:31:27.124
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	11:31:27.386

Listado de Mensajes

11 - MÁQUINA DE ANESTESIA PARA RESONANCIA MAGNÉTICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	11:34:13.494
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	11:36:15.024
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	29-11-2019	11:36:21.219
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-11-2019	11:36:30.343
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	29-11-2019	11:36:37.164
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	11:37:57.039
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	11:37:59.264
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	11:43:59.310
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	11:48:05.668
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	11:48:05.736

12 - AGITADOR DE PLACAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	11:48:16.281
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	11:50:43.381
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	29-11-2019	11:50:51.716
Señor/a Oferente, baje su precio	29-11-2019	11:51:03.355
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-11-2019	11:51:14.890
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	29-11-2019	11:51:24.760
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	29-11-2019	11:51:31.222
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	11:54:23.229
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	11:54:28.802
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	12:00:29.004
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	12:06:41.068
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	12:06:41.160

13 - AGITADOR DE PLAQUETAS CON CÁMARA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	12:07:06.612
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	12:07:49.278
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-11-2019	12:07:54.104
Señores esperamos mejores ofertas.	29-11-2019	12:08:16.367
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-11-2019	12:08:24.331
Señores Oferentes, bajen sus precios	29-11-2019	12:08:32.920
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	12:13:48.371
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	12:13:51.880
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	12:19:52.235
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	12:26:49.236
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	12:26:49.304

14 - AGITADOR DE TUBOS PARA LABORATORIO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	12:31:27.486
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	12:31:41.498
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-11-2019	12:34:01.674
Señores esperamos mejores ofertas.	29-11-2019	12:36:04.584
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-11-2019	12:39:21.522
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-11-2019	12:39:35.236
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-11-2019	12:39:40.316
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	12:39:43.005
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	12:45:43.206
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	12:50:59.253
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	12:50:59.664

15 - ANDADOR

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	12:51:32.843

Listado de Mensajes

Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	12:51:51.377
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	29-11-2019	12:51:58.179
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	29-11-2019	12:53:37.242
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-11-2019	12:53:43.849
Señor/a Oferente, baje su precio	29-11-2019	12:54:01.927
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	29-11-2019	12:57:40.613
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	12:57:42.794
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	12:57:45.497
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	13:03:45.527
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	13:08:39.534
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	13:08:39.597

16 - TORRE DE ARTROSCOPIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	13:08:53.343
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	13:09:05.256
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	29-11-2019	13:09:10.579
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	29-11-2019	13:09:15.877
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-11-2019	13:09:27.946
Señor/a Oferente, baje su precio	29-11-2019	13:09:39.303
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	29-11-2019	13:09:46.604
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	13:09:47.843
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	13:09:51.259
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	13:15:51.318
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	13:24:17.561
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	13:24:17.632

17 - ASPIRADOR QUIRÚRGICO PORTATIL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	13:25:01.808
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	13:25:17.598
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	29-11-2019	13:25:21.549
El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas.	29-11-2019	13:25:25.453
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	29-11-2019	13:25:30.819
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-11-2019	13:25:33.758
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	13:31:55.045
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	13:31:58.309
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	13:37:58.454
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	13:41:08.721
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	13:41:08.916

19 - AUTOCLAVE DE LABORATORIO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	13:43:05.808
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	13:43:18.183
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	29-11-2019	13:43:23.875
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-11-2019	13:43:27.039
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-11-2019	13:43:34.889
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-11-2019	13:43:39.043
Señores bajen sus precios.	29-11-2019	13:43:43.081
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	29-11-2019	13:44:27.573
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	13:47:44.380
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	13:47:47.504
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	13:53:47.598
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	13:59:19.837
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	13:59:19.907

20 - BALANZA ANALÍTICA PARA LABORATORIO

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	14:02:27.584
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	14:02:38.725
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	29-11-2019	14:03:02.133
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-11-2019	14:12:15.680
Señor/a Oferente, baje su precio	29-11-2019	14:12:22.234
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	29-11-2019	14:12:26.980
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	29-11-2019	14:12:43.123
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	14:14:55.813
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	14:15:00.221
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	14:21:00.307
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	14:29:54.323
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	14:29:54.438

21 - BALANZA CON ALTIMETRO DIGITAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	14:31:31.007
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	14:31:54.458
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	29-11-2019	14:32:01.205
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-11-2019	14:32:04.754
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	29-11-2019	14:32:11.734
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	14:33:38.889
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	14:33:41.746
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	14:39:41.790
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	14:49:08.883
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	14:49:09.068

22 - BALANZA PRESICIÓN PARA LABORATORIO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	14:49:20.463
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	14:49:28.930
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	29-11-2019	14:49:34.294
Señores esperamos mejores ofertas.	29-11-2019	14:49:39.901
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-11-2019	14:49:52.599
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	29-11-2019	14:50:01.037
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	29-11-2019	14:50:06.421
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	14:52:32.404
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	14:52:34.682
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	14:58:34.702
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	15:02:11.723
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	15:02:12.225

23 - BAÑO MARÍA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	15:02:20.146
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	15:02:35.299
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-11-2019	15:02:42.616
Señores esperamos mejores ofertas.	29-11-2019	15:02:50.202
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-11-2019	15:02:54.627
Señores Oferentes, bajen sus precios	29-11-2019	15:03:04.066
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-11-2019	15:03:07.930
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-11-2019	15:03:12.554
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	15:04:57.515
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	15:06:30.491
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	15:12:30.652
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	15:16:52.707
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	15:16:52.792

24 - BARRAS PARALELAS

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	15:17:46.859
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	15:18:04.048
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-11-2019	15:18:16.430
Señor/a Oferente, baje su precio	29-11-2019	15:18:28.505
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	29-11-2019	15:18:47.494
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	29-11-2019	15:19:09.711
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-11-2019	15:20:18.710
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	15:20:43.819
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	15:26:43.893
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	15:31:16.343
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	15:31:16.625

25 - BASTONES

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	15:31:58.749
Continuamos con la Subasta.	29-11-2019	15:32:07.829
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-11-2019	15:32:13.093
Señor/a Oferente, baje su precio	29-11-2019	15:32:19.760
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	15:38:44.035
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	15:38:47.476
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	15:44:47.650
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	15:48:48.672
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	15:48:48.743

27 - BIPEDESTADOR

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	08:11:22.423
Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	08:11:40.584
Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-12-2019	08:11:50.886
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	02-12-2019	08:21:42.821
Señor/a Oferente, baje su precio	02-12-2019	08:22:45.325
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-12-2019	08:22:50.363
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	02-12-2019	08:23:00.514
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	02-12-2019	08:23:21.061
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	08:23:31.004
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	08:23:35.350
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	08:29:35.711
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	08:33:10.995
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	08:33:11.609

28 - CABINA DE BIOSEGURIDAD

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	08:34:58.538
Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	08:35:09.167
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	02-12-2019	08:36:15.973
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-12-2019	08:36:42.666
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	02-12-2019	08:36:48.536
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	02-12-2019	08:37:01.902
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	08:37:16.793
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	08:37:21.842
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	08:43:21.993
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	08:52:37.134
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	08:52:37.259

29 - CALENTADOR ELÉCTRICO PARA LABORATORIO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	08:53:23.108
Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	08:53:53.835
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	02-12-2019	08:54:23.454

Listado de Mensajes

Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-12-2019	08:54:33.858
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	02-12-2019	08:54:37.635
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	02-12-2019	08:54:45.555
Señor/a Oferente, baje su precio	02-12-2019	08:54:53.973
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	08:54:56.061
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	08:55:07.510
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	09:01:07.541
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	09:08:37.547
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	09:08:37.857

30 - CAMA DE INTERNACIÓN ARTICULADA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	09:10:54.151
Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	09:11:05.496
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	02-12-2019	09:11:09.621
Señores esperamos mejores ofertas.	02-12-2019	09:11:14.370
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-12-2019	09:12:07.264
Señores Oferentes, bajen sus precios	02-12-2019	09:12:12.042
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	02-12-2019	09:12:19.559
Señores bajen sus precios.	02-12-2019	09:12:30.620
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	09:13:45.766
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	09:13:49.248
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	09:36:10.127
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	09:43:21.166
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	09:43:21.275

31 - CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	09:43:33.044
Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	09:43:45.242
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	02-12-2019	09:43:58.095
Señores esperamos mejores ofertas.	02-12-2019	09:44:06.511
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	02-12-2019	09:44:26.320
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	09:44:36.386
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	09:48:33.150
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	10:00:06.053
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	10:06:27.172
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	10:06:27.255

32 - CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA CON BALANZA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	10:07:07.880
Buenos días Señores, continuamos con la competencia.	02-12-2019	10:07:24.698
Señores esperamos mejores ofertas.	02-12-2019	10:07:29.106
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	10:12:36.267
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	10:12:40.181
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	10:28:10.426
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	10:38:02.732
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	10:38:02.885

33 - CAMA ORTOPÉDICA ELÉCTRICA TIPO BALCÁNICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	10:43:18.942
Buenos días Señor/a, continuamos con la competencia.	02-12-2019	10:43:26.546
Señores esperamos mejores ofertas.	02-12-2019	10:45:04.213
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	10:48:23.163
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	10:48:26.968
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	10:54:27.080
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	11:02:23.359

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	11:02:23.504
--	------------	--------------

34 - CAMILLA DE INSPECCIÓN

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	11:03:26.824
Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	11:03:37.611
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	02-12-2019	11:09:26.268
Señores esperamos mejores ofertas.	02-12-2019	11:09:32.516
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	02-12-2019	11:09:43.765
Señores Oferentes, bajen sus precios	02-12-2019	11:09:55.268
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-12-2019	11:10:00.350
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	11:10:53.719
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	11:10:56.540
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	11:16:56.584
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	11:23:47.032
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	11:23:47.230

35 - CAMILLA DE TRASLADO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	11:24:05.116
Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	11:24:12.197
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	02-12-2019	11:24:45.379
Señores esperamos mejores ofertas.	02-12-2019	11:24:51.587
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-12-2019	11:24:57.926
Señores Oferentes, bajen sus precios	02-12-2019	11:25:02.783
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	02-12-2019	11:25:08.767
Señores bajen sus precios.	02-12-2019	11:25:53.938
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	11:25:57.646
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	11:26:00.113
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	11:45:39.906
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	11:51:26.913
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	11:51:27.023

37 - CAMILLA FIJA DE INSPECCION

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	11:53:23.596
Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	11:53:54.586
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	02-12-2019	11:54:01.358
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-12-2019	11:54:04.965
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	02-12-2019	11:54:09.450
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	11:55:00.729
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	11:56:03.897
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	12:02:03.929
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	12:07:46.994
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	12:07:47.066

38 - CAMILLA DE INSPECCION GINECOLÓGICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	12:13:31.474
Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	12:13:38.211
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	02-12-2019	12:17:22.094
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	02-12-2019	12:17:53.409
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-12-2019	12:17:56.096
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	12:17:58.569
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	12:18:02.785
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	12:24:03.201
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	12:27:12.272
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	12:27:12.338

Listado de Mensajes

39 - CAMILLA ORTOSTÁTICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	12:28:10.861
Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	12:33:50.915
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	02-12-2019	12:33:57.166
Señores esperamos mejores ofertas.	02-12-2019	12:34:06.392
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	02-12-2019	12:34:15.513
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	12:34:17.846
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	12:34:23.567
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	12:40:23.813
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	12:46:26.901
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	12:46:27.101

41 - CAMILLA TIPO BOBATH

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	12:47:09.613
Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	12:47:14.385
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	02-12-2019	12:47:19.322
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-12-2019	12:47:23.495
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	02-12-2019	12:47:27.791
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	12:49:12.209
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	12:49:14.241
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	12:55:14.315
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	12:58:38.543
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	12:58:38.623

42 - CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	13:00:33.146
Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	13:01:36.652
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	02-12-2019	13:02:26.424
Señor/a Oferente, baje su precio	02-12-2019	13:05:29.760
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-12-2019	13:05:37.325
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	02-12-2019	13:05:52.505
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	02-12-2019	13:06:01.713
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	13:06:38.190
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	13:06:41.078
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	13:12:41.099
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	13:18:41.245
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	13:18:41.324

43 - CAMPANA DE FLUJO LAMINAR

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	13:19:02.273
Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	13:24:54.744
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	02-12-2019	13:25:01.847
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-12-2019	13:25:09.563
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	02-12-2019	13:25:49.940
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	13:25:53.546
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	02-12-2019	13:26:02.444
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	13:26:20.680
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	13:32:20.695
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	13:38:34.893
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	13:38:34.994

44 - CARRO DE CURACIÓN

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	13:41:09.023
Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	13:41:18.051

Listado de Mensajes

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	02-12-2019	13:41:22.462
Señores esperamos mejores ofertas.	02-12-2019	13:41:30.204
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-12-2019	13:42:32.349
Señores bajen sus precios.	02-12-2019	13:42:38.333
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	02-12-2019	13:42:44.845
Señores Oferentes, bajen sus precios	02-12-2019	13:42:49.101
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	13:42:59.507
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	13:45:05.613
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	13:51:06.076
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	14:00:18.216
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	14:00:18.453

45 - CENTRO DE INCLUSIÓN DE PARAFINA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	14:04:32.958
Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	14:04:37.699
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	02-12-2019	14:04:56.011
Señores Oferentes, bajen sus precios	02-12-2019	14:05:00.813
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-12-2019	14:05:06.428
Señores esperamos mejores ofertas.	02-12-2019	14:05:15.305
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	02-12-2019	14:05:24.138
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	14:05:25.550
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	14:05:29.733
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	14:11:29.807
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	14:16:00.063
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	14:16:00.408

47 - CITOCENTRÍFUGA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	14:17:06.901
Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	14:17:14.397
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	02-12-2019	14:17:23.427
Señores esperamos mejores ofertas.	02-12-2019	14:17:35.038
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-12-2019	14:30:34.588
Señores bajen sus precios.	02-12-2019	14:30:39.534
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	02-12-2019	14:30:47.151
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	02-12-2019	14:36:36.639
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	14:36:38.455
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	14:36:41.089
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	14:42:41.106
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	14:49:11.132
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	14:49:11.325

48 - CRIOSTATO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	14:50:12.944
Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	14:50:26.117
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	02-12-2019	14:50:31.101
Señores esperamos mejores ofertas.	02-12-2019	14:50:35.947
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-12-2019	14:50:40.491
Señores Oferentes, bajen sus precios	02-12-2019	14:50:47.563
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	02-12-2019	14:51:15.048
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	14:52:31.533
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	15:00:59.935
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	15:07:00.094
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	15:15:40.614
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	15:15:40.711

49 - DESFRIBILADOR CON CARRO DE PARO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2019	15:16:35.754

Listado de Mensajes

Continuamos con la Subasta.	02-12-2019	15:16:49.849
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	02-12-2019	15:17:25.084
Señores esperamos mejores ofertas.	02-12-2019	15:17:35.642
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-12-2019	15:17:54.387
Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos el día de mañana.	02-12-2019	15:19:02.794
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2019	15:20:00.088
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2019	15:20:07.872
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2019	15:36:57.370
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2019	15:42:09.459
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2019	15:42:09.659

51 - ENDOSCOPIO RÍGIDO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	08:15:17.370
Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta.	03-12-2019	08:15:27.407
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	03-12-2019	08:17:24.327
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	03-12-2019	08:17:34.664
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	03-12-2019	08:17:56.875
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	08:18:01.228
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	08:18:03.717
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	08:24:03.816
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	08:33:18.853
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	08:33:18.941

52 - EQUIPO DE DIAGNÓSTICO DE PARED

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	08:33:39.735
Continuamos con la Subasta.	03-12-2019	08:33:56.601
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	03-12-2019	08:35:50.333
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	08:39:24.425
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	08:39:27.948
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	08:45:28.000
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	08:52:41.138
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	08:52:41.250

53 - EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	08:54:34.456
Continuamos con la Subasta.	03-12-2019	08:54:40.155
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	03-12-2019	08:57:24.655
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	08:57:25.565
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	08:57:27.892
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	09:16:54.631
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	09:21:48.664
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	09:21:48.726

56 - EQUIPO PROCESADOR DE TEJIDOS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	09:22:17.166
Continuamos con la Subasta.	03-12-2019	09:22:24.229
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2019	09:23:54.989
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	09:31:32.610
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	09:31:40.386
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	09:37:40.467
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	09:41:26.289
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	09:41:26.401

57 - EQUIPO SELLADOR DE VASOS

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	09:41:37.859
Continuamos con la Subasta.	03-12-2019	09:41:47.217
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2019	09:44:28.875
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	09:44:35.610
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	09:44:38.225
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	09:50:38.406
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	09:58:00.679
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	09:58:00.823

58 - ESCALERA DE ENTRENAMIENTO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	09:58:55.607
Continuamos con la Subasta.	03-12-2019	09:59:04.143
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	03-12-2019	09:59:54.926
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	10:04:18.236
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	10:04:21.739
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	10:10:22.148
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	10:18:32.361
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	10:18:32.469

59 - ESCALERAS DE DEDOS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	10:18:51.755
Continuamos con la Subasta.	03-12-2019	10:18:57.113
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	03-12-2019	10:21:19.166
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	10:26:42.450
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	10:26:44.063
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	10:32:44.368
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	10:40:56.489
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	10:40:57.282

60 - ESPALDAR CON TECHO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	10:41:30.933
Continuamos con la Subasta.	03-12-2019	10:41:36.724
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	03-12-2019	10:44:22.822
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	10:45:11.519
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	10:45:13.806
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	10:51:13.941
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	11:00:20.138
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	11:00:20.356

61 - ESTUFA DE CULTIVO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	11:02:12.457
Continuamos con la Subasta.	03-12-2019	11:02:18.694
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2019	11:04:21.022
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	11:04:22.502
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	11:04:24.768
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	11:10:24.976
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	11:14:25.999
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	11:14:26.116

62 - ESTUFA DE ESTERILIZACION

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	11:17:33.980
Continuamos con la Subasta.	03-12-2019	11:17:39.049
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2019	11:23:53.465

Listado de Mensajes

Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	11:23:54.394
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	11:23:56.536
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	11:29:56.576
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	11:34:12.673
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	11:34:12.970

63 - FRONTOLUZ

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	11:37:04.933
Continuamos con la Subasta.	03-12-2019	11:37:09.933
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2019	11:38:59.049
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	11:39:44.895
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	11:39:47.554
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	11:45:48.066
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	11:51:22.517
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	11:51:22.884

64 - GENERADOR DE MARCAPASOS EXTERNO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	11:52:43.550
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	03-12-2019	11:54:05.553
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	11:54:11.907
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	11:55:51.398
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	12:01:51.547
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	12:07:57.683
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	12:07:57.940

65 - HIDROCOLLATOR

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	12:15:29.157
Continuamos con la Subasta.	03-12-2019	12:15:34.588
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	12:37:07.682
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	12:37:09.510
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	12:43:10.017
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	12:52:39.316
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	12:52:39.666

66 - LÁMPARA SCIALÍTICA PORTÁTIL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	12:53:04.328
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	03-12-2019	12:53:28.720
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2019	12:59:44.862
Señores bajen sus precios.	03-12-2019	13:00:14.821
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	03-12-2019	13:00:19.704
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	13:03:03.971
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	13:03:07.158
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	13:09:07.202
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	13:13:44.365
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA. TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	03-12-2019	13:13:44.514
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	03-12-2019	13:13:44.514
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	13:14:03.890

67 - LÁMPARA SCIALÍTICA DE TECHO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	13:14:27.722
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2019	13:14:38.112

Listado de Mensajes

Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	03-12-2019	13:18:13.117
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	03-12-2019	13:19:18.736
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	13:23:11.230
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	13:23:15.100
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	13:29:15.391
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	13:33:53.496
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	03-12-2019	13:33:53.912
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	03-12-2019	13:33:53.912
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	13:34:38.651

68 - LÁMPARA CUELLO DE CISNE

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	13:39:09.314
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2019	13:39:23.317
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	13:44:22.878
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	13:44:25.475
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	13:50:25.493
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	13:57:01.657
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	13:57:01.914

69 - LÁMPARA INFRARROJA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	13:58:18.740
Señor/a Oferente, baje su precio	03-12-2019	13:58:30.831
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	03-12-2019	14:04:49.096
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2019	14:08:48.167
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	14:10:00.576
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	14:10:04.289
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	14:16:04.401
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	14:19:50.633
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	14:19:50.868

70 - LARINGOSCOPIO ADULTO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	14:20:23.785
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2019	14:20:56.177
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2019	14:27:50.558
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	14:34:13.760
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	14:34:17.332
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	14:40:17.572
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	14:45:37.896
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	14:45:38.246

71 - LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	14:46:03.694
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2019	14:47:57.698
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2019	14:54:01.224
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	14:57:55.854
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	14:58:03.647
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	15:04:03.764
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	15:08:53.221
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	15:08:53.654

72 - MACROCENTRIFUGA

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	15:09:46.954
Señor/a Oferente, baje su precio	03-12-2019	15:10:12.668
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	03-12-2019	15:12:52.460
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	15:13:21.628
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	15:13:25.351
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	15:19:25.405
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	15:27:15.469
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	15:27:15.620

74 - MESA DE MAYO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	15:27:38.649
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2019	15:27:50.503
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2019	15:27:54.307
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	03-12-2019	15:31:03.825
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	15:34:04.311
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	15:34:07.004
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	15:40:07.127
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	15:45:40.200
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	15:45:40.300

75 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE CERVICAL Y RADIOLÚCIDA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2019	15:57:09.012
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	03-12-2019	15:57:45.869
Señores bajen sus precios.	03-12-2019	15:58:22.319
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	03-12-2019	15:59:06.694
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2019	16:00:10.558
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2019	16:00:15.143
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2019	16:16:35.659
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2019	16:23:03.665
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2019	16:23:03.747

76 - MESA QUIRÚRGICA CON SOPORTE DE CRÁNEO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	08:11:48.357
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	08:11:57.039
Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta.	04-12-2019	08:12:06.544
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2019	08:13:44.038
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	04-12-2019	08:13:47.764
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-12-2019	08:13:54.458
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	04-12-2019	08:13:59.315
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	08:15:36.931
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	08:15:40.152
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	08:25:20.287
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	08:34:07.678
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	08:34:07.951

77 - MESA QUIRÚRGICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	08:34:29.879
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	08:34:36.601
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	04-12-2019	08:34:44.165
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2019	08:34:48.148
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	04-12-2019	08:34:53.903
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-12-2019	08:34:58.483
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	08:50:26.910
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	08:50:33.851
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	09:04:18.604
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	09:13:26.422

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	09:13:26.678
--	------------	--------------

78 - MESA QUIRÚRGICA RADIOLÚCIDA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	09:14:13.867
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	09:19:47.663
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2019	09:20:00.653
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	04-12-2019	09:20:08.352
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-12-2019	09:20:11.702
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	04-12-2019	09:20:21.685
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	09:22:29.309
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	09:22:34.947
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	09:33:08.782
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	09:37:10.011
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	09:37:10.086

79 - MICROSCOPIO BINOCULAR

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	09:40:53.246
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	09:49:56.396
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	04-12-2019	09:50:05.199
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2019	09:50:11.136
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2019	09:50:17.258
Señores Oferentes, bajen sus precios	04-12-2019	09:50:23.702
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	09:51:48.327
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	09:54:52.175
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	10:00:52.314
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	10:07:09.535
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	04-12-2019	10:07:10.406
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	04-12-2019	10:07:10.406
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	10:07:37.919

80 - MICROSCOPIO QUIRÚRGICO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	10:07:50.859
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	10:08:30.365
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2019	10:08:43.865
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	10:08:45.965
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	04-12-2019	10:08:53.828
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-12-2019	10:09:01.247
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	04-12-2019	10:09:10.049
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	10:11:20.248
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	10:17:20.511
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	10:24:28.527
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	10:24:28.744

81 - MICRÓTOMO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	10:24:51.223
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	10:24:58.181
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	04-12-2019	10:29:47.217
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2019	10:32:09.804
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2019	10:32:17.120
Señores Oferentes, bajen sus precios	04-12-2019	10:32:28.955
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	04-12-2019	10:32:35.086
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	10:32:37.441
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	10:32:46.378

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	10:38:46.505
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	10:43:23.730
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	10:43:24.042

82 - MINITRAMPOLIN

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	10:44:58.922
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	10:47:25.902
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-12-2019	10:47:29.311
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	04-12-2019	10:47:52.913
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	10:47:54.558
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	10:47:57.597
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	10:53:57.801
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	11:01:48.047
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	11:01:48.228

83 - NEFROSCOPIO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	11:04:15.988
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	11:04:22.931
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	04-12-2019	11:04:30.612
Señor/a Oferente, baje su precio	04-12-2019	11:04:37.385
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2019	11:04:49.097
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	04-12-2019	11:05:01.759
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	04-12-2019	11:05:06.498
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	11:05:08.772
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	11:05:15.481
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	11:11:15.541
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	11:14:44.864
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	11:14:45.077

84 - NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	11:15:32.564
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	11:15:39.077
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	04-12-2019	11:15:48.114
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	11:15:53.039
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2019	11:16:00.664
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2019	11:16:05.073
Señores Oferentes, bajen sus precios	04-12-2019	11:16:12.194
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	04-12-2019	11:16:16.896
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	11:18:42.162
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	11:24:42.207
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	11:33:16.353
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	11:33:16.583

85 - SILLA DE RUEDAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	11:33:43.510
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	11:33:48.694
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	04-12-2019	11:33:52.873
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2019	11:33:57.223
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2019	11:34:07.518
Señores Oferentes, bajen sus precios	04-12-2019	11:34:11.820
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	04-12-2019	11:34:15.294
Señores bajen sus precios.	04-12-2019	11:34:20.554
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	11:36:31.967
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	11:36:34.840
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	11:42:35.344
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	11:50:18.386

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	11:50:18.654
--	------------	--------------

86 - OFTALMOSCOPIO DIRECTO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	11:50:50.316
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	11:50:56.922
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	04-12-2019	11:51:05.704
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2019	11:52:32.206
Señor/a Oferente, baje su precio	04-12-2019	11:52:37.969
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	04-12-2019	11:52:42.515
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	04-12-2019	11:52:46.953
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	11:52:48.799
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	11:52:51.774
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	11:58:51.806
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	12:08:48.905
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	12:08:48.995

87 - OTOSCOPIO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	12:17:22.113
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	12:17:28.465
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	04-12-2019	12:18:10.078
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2019	12:18:28.433
Señor/a Oferente, baje su precio	04-12-2019	12:18:37.403
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	04-12-2019	12:18:51.659
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	04-12-2019	12:18:59.695
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	12:23:23.669
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	12:23:28.907
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	12:29:29.022
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	12:36:00.154
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	12:36:00.260

88 - PARAFINERO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	12:42:05.584
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	12:42:14.630
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-12-2019	12:42:22.173
Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	04-12-2019	12:42:42.096
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	12:42:43.015
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	12:42:46.112
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	12:48:46.440
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	12:55:58.013
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	12:55:58.269

90 - PORTA SUEROS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	12:56:08.293
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	12:56:15.618
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	04-12-2019	12:56:20.272
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2019	12:56:26.809
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2019	12:56:31.958
Señores Oferentes, bajen sus precios	04-12-2019	12:59:27.856
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	04-12-2019	12:59:32.274
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	12:59:39.992
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	12:59:43.543
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	13:05:43.733
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	13:15:35.747
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	13:15:35.880

Listado de Mensajes

91 - SET DE CUÑAS Y RODILLOS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	13:16:10.065
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	13:16:19.507
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-12-2019	13:16:22.536
Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	04-12-2019	13:16:41.570
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	13:16:43.078
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	13:16:45.263
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	13:22:45.413
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	13:30:38.447
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	13:30:38.675

92 - SET DE PELOTAS TERAPÉUTICAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	13:31:15.565
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	13:31:20.585
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-12-2019	13:31:25.547
Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	04-12-2019	13:31:36.460
El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas.	04-12-2019	13:31:40.687
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	13:31:41.705
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	13:31:45.043
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	13:37:45.291
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	13:43:48.333
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	13:43:48.497

94 - SILLA DE EXTRACCIÓN DE SANGRE

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	13:44:05.573
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	13:44:16.014
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	04-12-2019	13:44:21.401
Señores bajen sus precios.	04-12-2019	13:44:26.428
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2019	13:44:30.716
Señores Oferentes, bajen sus precios	04-12-2019	13:44:35.570
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	04-12-2019	13:44:43.555
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	13:46:14.418
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	13:48:51.594
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	13:54:51.815
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	14:03:42.945
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	14:03:43.084

95 - SILLA DE RUEDAS ABATIBLE

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	14:05:38.334
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	14:05:44.720
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	04-12-2019	14:05:50.139
Señor/a Oferente, baje su precio	04-12-2019	14:06:01.083
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-12-2019	14:06:06.130
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	04-12-2019	14:06:25.108
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	04-12-2019	14:06:33.325
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	14:06:36.251
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	14:08:37.498
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	14:14:38.003
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	14:19:55.303
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	14:19:55.652

97 - TERMOHIGROMETRO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	14:20:19.364
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	14:21:31.534

Listado de Mensajes

En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-12-2019	14:21:36.334
Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	04-12-2019	14:21:52.748
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	14:21:55.570
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	14:21:58.861
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	14:27:59.066
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	14:37:34.085
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	14:37:34.365

98 - TERMOMETRO DIGITAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	14:39:32.203
Continuamos con la Subasta.	04-12-2019	14:40:58.970
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-12-2019	14:41:19.374
El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas.	04-12-2019	14:41:35.112
Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos el día de mañana.	04-12-2019	14:42:18.261
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	14:43:04.825
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	14:43:06.978
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	14:49:07.004
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	14:53:25.040
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	14:53:25.172

101 - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-12-2019	08:11:48.361
Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta.	05-12-2019	08:12:05.082
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	05-12-2019	08:13:43.731
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	05-12-2019	08:13:47.567
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	05-12-2019	08:13:55.000
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-12-2019	08:15:00.476
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-12-2019	08:17:37.283
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-12-2019	08:29:31.092
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-12-2019	08:33:09.617
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-12-2019	08:33:09.737

102 - CISTOURETROSCOPIO FLEXIBLE

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-12-2019	08:36:32.880
Continuamos con la Subasta.	05-12-2019	08:36:42.833
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	05-12-2019	08:36:48.938
Señor/a Oferente, baje su precio	05-12-2019	08:37:48.440
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	05-12-2019	08:37:54.701
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	05-12-2019	08:38:06.410
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	05-12-2019	08:38:15.233
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-12-2019	08:38:15.922
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-12-2019	08:40:21.528
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-12-2019	08:46:21.642
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-12-2019	08:56:01.856
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-12-2019	08:56:02.104

103 - EQUIPO DE RESECCIÓN TRANSURETRAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-12-2019	08:57:57.816
Continuamos con la Subasta.	05-12-2019	08:58:27.585
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	05-12-2019	09:15:28.723
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	05-12-2019	09:15:43.173
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-12-2019	09:15:49.966
Señor/a Oferente, baje su precio	05-12-2019	09:16:46.314
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	05-12-2019	09:16:53.155

Listado de Mensajes

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-12-2019	09:17:01.968
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-12-2019	09:23:01.984
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-12-2019	09:32:35.018
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-12-2019	09:32:35.362

104 - SIERRA OSCILANTE QUIRÚRGICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-12-2019	09:45:03.285
Continuamos con la Subasta.	05-12-2019	09:45:36.402
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	05-12-2019	09:45:47.378
Señores esperamos mejores ofertas.	05-12-2019	09:48:04.406
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	05-12-2019	09:48:09.614
Señores Oferentes, bajen sus precios	05-12-2019	09:48:15.200
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	05-12-2019	09:48:20.645
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-12-2019	09:48:30.887
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-12-2019	09:48:36.756
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-12-2019	09:54:37.027
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-12-2019	10:00:26.064
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-12-2019	10:00:26.270

105 - TORRE DE VIDEOCOLONOSCOPIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-12-2019	10:02:20.305
Continuamos con la Subasta.	05-12-2019	12:32:10.318
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	05-12-2019	12:37:39.097
Señores esperamos mejores ofertas.	05-12-2019	12:37:44.267
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	05-12-2019	12:37:51.004
Señores Oferentes, bajen sus precios	05-12-2019	12:37:55.530
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-12-2019	12:57:15.278
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-12-2019	12:57:18.358
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-12-2019	13:03:46.730
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-12-2019	13:07:30.014
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-12-2019	13:07:30.120

106 - TORRE DE NEUROENDOSCOPIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-12-2019	13:07:42.862
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	05-12-2019	13:08:03.877
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	05-12-2019	13:08:53.857
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	05-12-2019	13:09:00.249
Señor/a Oferente, baje su precio	05-12-2019	13:09:05.207
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	05-12-2019	13:10:16.159
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-12-2019	13:10:22.442
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-12-2019	13:10:26.442
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-12-2019	13:16:26.455
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-12-2019	13:21:23.670
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-12-2019	13:21:23.764

107 - TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-12-2019	13:21:40.288
Continuamos con la Subasta.	05-12-2019	13:21:49.175
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	05-12-2019	13:21:58.825
Señor/a Oferente, baje su precio	05-12-2019	13:22:02.883
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	05-12-2019	13:22:10.429
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	05-12-2019	13:22:14.396
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	05-12-2019	13:22:19.588
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-12-2019	13:23:35.516
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-12-2019	13:23:37.937

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-12-2019	13:29:38.085
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-12-2019	13:38:40.145
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-12-2019	13:38:40.250

108 - ENDOSCOPIO - MEDIASTINOSCOPIO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-12-2019	13:38:54.653
Continuamos con la Subasta.	05-12-2019	13:39:02.065
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	05-12-2019	13:39:08.836
Señor/a Oferente, baje su precio	05-12-2019	13:41:13.085
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	05-12-2019	13:41:20.110
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	05-12-2019	13:41:36.402
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	05-12-2019	13:41:58.421
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-12-2019	13:42:08.327
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-12-2019	13:42:11.054
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-12-2019	13:48:11.136
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-12-2019	13:51:27.275
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-12-2019	13:51:27.388

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.