

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 352030

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:43 del día 24/10/2018, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 352030 - ADQUISICION DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES de la Institución:

**Código Verificador:** 913ea276d213700ca207be66fbb7610f

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Ministerio del Interior
<b>UOC:</b>	Policia Nacional
<b>Código SICP:</b>	1050

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a ala convocante aclarar lo requerido en el punto 2.7 de PBC, en donde menciona Volumen de Carga: 1.700 Kg como mínimo. Debido a que la Capacidad de Carga en Kg requerida ya fue especificada ene el punto 2.4		05-10-2018	17:36:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
SE SOLICITA A LOS PETENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LAS MODIFICACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		12-10-2018	13:45:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1. CARACTERISTICAS MECANICAS: 1.10. Solicitan: Tracción Trasera. Consulta 1: ¿Se puede ofertar vehículos que posean tracción delantera?		08-10-2018	17:49:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE BASES.		12-10-2018	13:51:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1. CARACTERISTICAS MECANICAS: 1.11. Solicitan: Suspensión Delantera independiente con barra de torsión, barra estabilizadora y amortiguadores. Consulta 2: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Suspensión Delantera independiente Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos?		08-10-2018	17:50:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LO REQUERIDO EL EL PLIEGO DE BASES.		12-10-2018	13:52:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
2. CARACTERISTICAS FISICAS Y MEDIDAS GENERALES 2.4. Solicitan: Capacidad de carga 1700kg como mínimo. Consulta 3: ¿Se puede ofertar vehículos cuya capacidad de carga sea de 1530kg como mínimo? Teniendo en cuenta que el peso total del equipamiento requerido no supera lo solicitado.		08-10-2018	17:51:33
RESPUESTAS			

### Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LOS REQUERIDO EN EL PLIEGO DE BASES.	12-10-2018	13:53:26
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2. CARACTERISTICAS FISICAS Y MEDIDAS GENERALES 2.7 Solicitan: Volumen de carga 1700kg como mínimo. Consulta 4: Favor aclarar este ítem ya que para dimensiones de volumen se utiliza metros cúbicos normalmente. Sugerimos que para el tipo de trabajo solicitado se tenga en cuenta una medida de 8 m3.	08-10-2018	17:52:10
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LAS MODIFICACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.	12-10-2018	13:56:43
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 2.8 3.5 Solicitan: Neumáticos 225/75 R16C. Consulta 5: ¿Se puede ofertar vehículos que posean neumáticos 225/65 R16?	08-10-2018	17:52:56
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LOS REQUERIDO EN EL PLIEGO DE BASES.	12-10-2018	13:57:36
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESPECIFICACIONES TECNICAS Donde Dice 1.9 Frenos Delanteros a Disco y traseros a disco Solicitamos sean aceptadas también vehículos con sistema de freno trasero a Tambor con ABS Donde Dice Características Físicas y Medidas Generales Solicitamos la apertura de las dimensiones mencionadas a continuación 2.1 Altura Total: 2.300 mm a 2.500 como máximo. Solicitamos sean consideradas también hasta altura máxima de 2.690 mm 2.2 Largo Total: 5.000 mm como mínimo a 5.300 mm como máximo. Solicitamos sean consideradas también hasta 6.195 mm como máximo 2.6 Distancia Mínima entre ejes: 3.050 mm como mínimo y 3.300 mm como máximo. Solicitamos sean consideradas también hasta 3.670 mm como máximo Donde 3.5 Neumáticos: 225/75 R16 C Solicitamos sean aceptadas medidas con 235/65 R16 o similares En relación a nuestra solicitud hacemos mención al Art. 4 de la ley 2051/03 Principios Generales inciso b que expresa cuanto sigue... Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás imposiciones administrativas, este en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidad en los procedimientos de contratación pública	09-10-2018	11:02:40
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES, PUESTO QUE LOS REQUEIRMIENTOS SE REALIZARON CONFORME A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA Y TENIENDO EN CUENTA LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DEL AREA DE ACCESO DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE URGENCIAS.	12-10-2018	14:00:34
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
14. Aspirador de secreciones - Solicitamos permita ofertar aspiradores de secreción con frasco colector desechable.	09-10-2018	11:25:48
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE BASES.	12-10-2018	14:01:37
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
15.Desfibrilador Automático Donde dice Conexión con el paciente a través de parches únicos (Adulto y pediátrico)Reutilizables. Solicitamos permita ofertar DEA con conexión a traves de parches adulto y pediatrico reutilizables. Donde dice Parches: Únicos para pacientes adultos y pediatricos, descartable con vida útil mínima de 5 años. Cantidad 5 (cinco) unidades, sugerimos solicitar parches adulto y pediatrico por separado descartable con vida útil mínima de 2 años. Cantidad: Cinco. de esta manera se estaría dando oportunidad a otros oferentes ya que en el mercado existe sólo una marca con parches que reunen estas características. Dichos requisitos perjudican a la Institución porque vulneran los principios de economía, eficacia y el principio de igualdad y libre competencia. Dichos requisitos perjudican a otros posibles participantes y favorecen indebidamente a un solo OFERENTE, excluyendo a los demás y vulnerando su derecho a la igualdad y libre competencia	09-10-2018	11:30:05
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LAS MODIFICACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.	12-10-2018	14:02:38
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
16. Oxímetro de Pulso Donde dice pantalla dual color LEd, solicitamos permita ofertar Oxímetros de Pulso con pantalla monocromática.Art. 4 de la ley 2051/03 Principios Generales inciso b que expresa cuanto sigue Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás imposiciones administrativas, este en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidad en los procedimientos de contratación pública.	09-10-2018	11:31:46

### Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE BASES.	12-10-2018	14:03:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
15. Cardiodesfibrilador Automático Energía: 50, 70, 85 julio (pediatrico) y 120, 150, 200 julios adultos solicitamos diga Ajuste de Energía automático de Energía de 50 a 85 julio)pediatrico y de 120 a 300 julios como mínimo (adulto).	09-10-2018	11:35:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE SOLICITA A LOS POTENCIALES OFERENTES REMITIRSE A LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE BASES.	12-10-2018	14:04:13

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL - RUC: 80001557-6</b>		<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>	
1508004725	Póliza	EL SOL SEGUROS	19-10-2018	24-10-2018	01-02-2019
<b>Oferente: CONDOR SACI - RUC: 80002514-8</b>					
<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>			
1508005242	Póliza	La Rural S.A. de Seguros	18-10-2018	23-10-2018	20-02-2019

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	25101703-001	Ambulancia convencional				2	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL - 80001557-6	IVECO	IVECO	DAILY 35S15	BRASIL	FURGON	537.000.000	1.074.000.000
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes Benz	Mercedes Benz Argentina	Sprinter 415/ Furgón Corto 3.250	Argentina	Ambulancia convencional	590.000.000	1.180.000.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - Ambulancia convencional				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL - 80001557-6	1.050.000.000	24-10-2018	08:41:39.064	Periodo Aleatorio
Código Verificador:		7406f8f9fa82be284cd34eff7183bf3c		

### Listado General de todas las Ofertas

COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL - 80001557-6	1.055.000.000	24-10-2018	08:40:07.571	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87aa94d22c4f869407170f15a2e44c7c	
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL - 80001557-6	1.065.000.000	24-10-2018	08:39:33.496	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d5ec560faa8c5e6a0bcb8b9c1f9eb65	
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL - 80001557-6	1.068.000.000	24-10-2018	08:38:53.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0c39350513d914361d70c0cfd4a1e0a	
CONDOR SACI - 80002514-8	1.070.000.000	24-10-2018	08:39:15.673	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5dfeba7a61eb1d197081241fa9cb760	
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL - 80001557-6	1.074.000.000	24-10-2018	08:01:37.669	Propuesta
		Código Verificador:	8aaa3d5d8db6f53e3237b089fb9d618e	
CONDOR SACI - 80002514-8	1.180.000.000	24-10-2018	08:01:37.658	Propuesta
		Código Verificador:	6e4330ff9a23df4bc98e362e3bb2983b	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Ambulancia convencional	
Ofrente	Mejor Precio
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL - 80001557-6	1.050.000.000
CONDOR SACI - 80002514-8	1.070.000.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80001557-6 - COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL	
Item	Precio Ganador
1 - Ambulancia convencional	1.050.000.000

### Listado de Mensajes

1 - Ambulancia convencional		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-10-2018	08:12:05.369
Buenos días, comenzamos la Subasta.	24-10-2018	08:12:47.687
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	24-10-2018	08:13:58.936
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	24-10-2018	08:31:05.617
Puede seguir bajando sus oferta en las siguientes etapas.	24-10-2018	08:31:18.216
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-10-2018	08:32:15.307
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-10-2018	08:32:17.704
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-10-2018	08:38:17.953
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-10-2018	08:43:47.969
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-10-2018	08:43:48.172

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.