

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 384201

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:46 del día 4/9/2020, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 384201 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO. de la Institución:

Código Verificador: 362d88bfd88b57423da4b0feee0fc9d0

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio del Interior
UOC:	Policia Nacional
Código SICP:	1050

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA	Consulta Realizada	Fecha	Hora
----------	--------------------	-------	------

Listado de Consultas

<p>Nos dirigimos a la convocante a fin de solicitar aclaraciones y modificaciones que permitan la participación de más oferentes sin reducir ni alterar la funcionalidad y beneficios de los equipos objeto de esta licitación. Para el Lote 1, Ítem 1 Microscopio Oftalmológico Microscopio (Cabezal): Donde dice: Binocular inclinable 200°. Solicitamos tengan a bien considerar aceptables Tubos Binoculares Inclinables a 110° con Inversor a 180° Donde dice: Módulo de iluminación coaxial con 1 ranura móvil (3mm o mayor). ¿Se refiere a que tenga la función de lámpara de hendidura integrada al microscopio? Donde dice: Potenciador de reflejo rojo (red reflex) con indicación de estado y mando de función doble: de encendido y puesta a punto (-2° a -1°). Solicitamos tengan a bien considerar aceptables equipos con: Potenciador de reflejo rojo (red reflex) con indicación de estado y mando de función doble: de encendido y ajuste con valor 0%, 50% y 100%. Con angulación entre -3° y -1°. Donde dice: Inclinación fina +/- 10° y grueso -70° a +90°. Tengan a bien aceptar equipos con inclinación -20° a +90°. (En cirugías oftalmológicas el cirujano está sentado a la cabeza del paciente y nunca inclina el microscopio hacia atrás- valores negativos- para observar el ojo del paciente desde el mentón de este, por lo que valores negativos mayores a 10° de angulación no aportan ninguna funcionalidad) Donde dice: Binocular auxiliar o del asistente 0°; inclinación 160° o mayor. Con selector de aumentos de al menos 5 pasos. Tengan a bien aceptar equipos con: Binocular auxiliar o del asistente 0°; inclinación 110° o mayor, Inversor a 180°. Con selector de aumentos de al menos 5 pasos. Donde dice: Dispositivo para observación de fondo de Ojo: -Lente oftalmológica 90D, esterilizable en autoclave a 134°, montaje bayoneta. -Lente oftalmoscópico 100D: -Compatible con el Objetivo EIBOS -De gran angular -Esterilizable en autoclave a 134° Estas especificaciones, relacionadas al objetivo EIBOS hacen referencia a una solución técnica particular del fabricante Haag Streit que es el propietario de la marca comercial EIBOS. Consideramos que lo importante para la convocante es la funcionalidad del Sistema Óptico de Visualización de Fondo de Ojo sin Contacto. Por ello proponemos a la consideración de la convocante la siguiente redacción para las especificaciones de este dispositivo. Dispositivo para observación de fondo de Ojo: -Distancia de trabajo compatible con el Objetivo (lente frontal) del microscopio f=175mm -Soporte para el montaje en el microscopio -Cuerpo desmontable y esterilizable en autoclave del soporte de lentes (3 unidades es la cantidad sugerida ante eventual contaminación durante la cirugía) -Enfoque interno manual mediante perilla o palanca montada a la derecha y a la izquierda, o motorizado con control desde el pedal de comando del microscopio. -Lente para visión ampliada de la mácula (3 unidades es la cantidad sugerida ante eventual contaminación durante la cirugía) con montaje tipo bayoneta. Esterilizable en autoclave. -Lente para visión gran angular o de campo amplio (3 unidades es la cantidad sugerida ante eventual contaminación durante la cirugía) con montaje tipo bayoneta. Esterilizable en autoclave. Estativo de piso: Donde dice: Columna robusta con una altura no menor a 950mm, con al menos 3 ranuras para montaje y ductos de cables. Solicitamos modificar la redacción ya que los diseños más innovadores integran todos los componentes en el cuerpo del microscopio y las ranuras para bandejas donde se colocan ciertos componentes son innecesarias, lo mismo sucede con los ductos externos para cables. La redacción propuesta a la consideración de la convocante es la siguiente: Columna robusta con una altura libre no menor a 950 mm, con todos los componentes del sistema de microscopio integrados a la columna o soportes específicos para esos componentes. No se admiten partes sueltas. Donde dice: Capacidad de carga de 5Kg a 16Kg (+/- 2Kg). Esta capacidad está relacionada al peso de cada posible componente. Lo correcto sería que el brazo del microscopio soporte el peso de todos los accesorios posibles (incluidos en estas especificaciones o a incluir a posteriori). Considerando lo expuesto, sugerimos la siguiente redacción para la consideración de la convocante: Capacidad de carga de todos los accesorios incluidos en estas especificaciones. Que son: Unidad de X-Y, Cabezal del microscopio, Binoculares del Cirujano con sus oculares, Binoculares del Asistente, con sus oculares y acople de 0° con magnificador manual de 5 aumentos, Cámara de video. Donde dice: Iluminación halógena: 2x150W transmitida por fibra óptica. Intensidad de luz continuamente ajustable. La iluminación halógena era el estándar hace unos veinte años. Actualmente los microscopios para uso oftalmológico de alta gama, como el de estas especificaciones técnicas, utilizan sistemas de iluminación de luz Xenón o LED. En el caso de la luz LED la vida útil suele estar entre 30.000 y 70.000 horas de uso. Tomando un promedio de 50.000 horas de vida útil, utilizando el microscopio 8 horas por día, los 365 días del año, equivalen a 17 años de uso. En la práctica en nuestro país se utilizan menos horas por año, lo cual lleva la vida útil a más de 20 años o sea prácticamente toda la vida útil del microscopio. Por todo lo expuestos proponemos a la consideración de la convocante la siguiente redacción: Iluminación por fibra óptica, continuamente ajustable, con fuente de luz Xenón, LED o Halógena. Consecuentemente donde dice: La empresa adjudicada deberá proveer en calidad de repuestos: 04 Lámparas (focos) de 150W Halógeno; debería decir: La empresa adjudicada deberá proveer en calidad de repuestos: 04 Lámparas, si el sistema de iluminación es Xenón o Halógeno. Sistema de imagen: Donde dice: Capacidad de disco duro de 2TB o 1000 horas de grabación de alta definición HD o mayor. Solicitamos consideren a bien aceptar equipos con: Disco duro interno sólo para datos de 1TB más disco duro externo de 2TB para almacenamiento y transporte de datos. Donde dice: Formato de video. MPG4. Formatos de imagen: JPEG, BMP y TIFF. Solicitamos a la convocante tenga a bien considerar aceptables equipos con: Formato de video. MPG4. Formatos de imagen: JPEG y TIFF. Los formatos BMP y TIFF son ambos para impresión, pero el TIFF tiene la ventaja de poder almacenar varias imágenes con menos datos de encabezado y ser reconocido por múltiples editores de imágenes. El formato BMP que es original de Windows no aporta ninguna ventaja significativa, salvo que se visualiza un poco más rápido en los monitores.</p>	<p>09-08-2020</p>	<p>21:07:59</p>
---	-------------------	-----------------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Debido a la extensión de la respuesta, se adjunta archivo	20-08-2020	16:26:21

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Nos dirigimos a la convocante a fin de solicitar aclaraciones y modificaciones que permitan la participación de más oferentes sin reducir ni alterar la funcionalidad y beneficios de los equipos objeto de esta licitación. Lote 1 Ítem 2 Facoemulsificador Aspiración: Donde dice: Intervalo de flujo (peristáltica): 1 a 65 cc/min. Solicitamos a la convocante tenga a bien considera aceptables equipos con Intervalo de flujo (peristáltica): 2 a 60 cc/min. Ya que el equipo tiene dos bombas Peristáltica y Venturi, para flujos altos se puede pasar directamente a operar en modo Venturi para flujos altos. Vitrectomía Anterior: Donde dice: Frecuencia de corte de 60 a 5000 cortes por minuto o mejor. Suponemos que hubo un error ya que estos valores son los habituales para Vitrectomía Posterior en Cirugías de Retina. Siendo que la descripción del equipo dice claramente Equipo para la extracción de cataratas por facoemulsificación. Solicitamos que aclaren este punto. Si fue un error se elimine este punto de las EE.TT. o se especifiquen valores normales para Vitrectomía Anterior (del orden de 1000 a 1500 cortes por minuto). En caso de que se desee un equipo que en el futuro pueda convertirse a modo dual, es decir Cirugía de Cataratas por Facoemulsificación y Cirugía de Vitrectomía para Retina. Se considere aceptable un equipo que podría trabajar con 60 a 4000 cortes por minuto para Vitrectomía Posterior.</p>	<p>09-08-2020</p>	<p>22:05:53</p>

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Nos dirigimos a la convocante a fin de solicitar aclaraciones y modificaciones que permitan la participación de más oferentes sin reducir ni alterar la funcionalidad y beneficios de los equipos objeto de esta licitación. Lote 1 Ítem 2 Facoemulsificador Aspiración: Donde dice: Intervalo de flujo (peristáltica): 1 a 65 cc/min. Solicitamos a la convocante tenga a bien considera aceptables equipos con Intervalo de flujo (peristáltica): 2 a 60 cc/min. Ya que el equipo tiene dos bombas Peristáltica y Venturi, para flujos altos se puede pasar directamente a operar en modo Venturi para flujos altos. Respuesta: Intervalo de flujo (peristáltica): de 2 (o menor) a 65 cc/min (o mayor). Vitrectomía Anterior: Donde dice: Frecuencia de corte de 60 a 5000 cortes por minuto o mejor. Suponemos que hubo un error ya que estos valores son los habituales para Vitrectomía Posterior en Cirugías de Retina. Siendo que la descripción del equipo dice claramente Equipo para la extracción de cataratas por facoemulsificación. Solicitamos que aclaren este punto. Si fue un error se elimine este punto de las EE.TT. o se especifiquen valores normales para Vitrectomía Anterior (del orden de 1000 a 1500 cortes por minuto). En caso de que se desee un equipo que en el futuro pueda convertirse a modo dual, es decir Cirugía de Cataratas por Facoemulsificación y Cirugía de Vitrectomía para Retina. Se considere aceptable un equipo que podría trabajar con 60 a 4000 cortes por minuto para Vitrectomía Posterior. Respuesta: a mayor velocidad se obtiene una mejor estabilidad, por lo que se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego. Las Modificaciones fueron realizadas En La Adenda N° 1 ya publicada.	20-08-2020	16:37:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte del presente PBC dice: 2) Plan de Entregas (Bienes) dice: 45 (cuarenta y cinco) días calendarios posteriores a la recepción de Orden de Compra (página N° 34 del PBC). - Teniendo en cuenta los efectos de la Pandemia, tanto en la producción como en el transporte, los procesos se han ralentizados, por ende extendidos todos los plazos. Por lo expuesto, solicitamos respetuosamente a la Convocante que el Plan de Entregas quede de la siguiente manera: 90 (noventa) días calendarios posteriores a la recepción de Orden de Compra.	10-08-2020	09:10:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 1 ya publicada.	17-08-2020	14:45:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte del presente PBC dice: 9) Capacidad Técnica. Inciso H) dice: El oferente deberá contar con Habilitación vigente expedida por el MSPyBS, como fabricante, importador/representante/distribuidor de dispositivos médicos (página N° 17 del PBC). Solicitamos respetuosamente que este punto sea redactado de manera idéntica a lo solicitado en el numeral 9.1 Requisitos documentales para evaluar el presente criterio: Inciso K) Autorización de Apertura o Certificado de que se encuentra en trámite de renovación de apertura como fabricante, Importadora, Distribuidora, Representante y Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (página N° 18 del PBC).	10-08-2020	09:11:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 1 ya publicada.	17-08-2020	14:45:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte del presente PBC dice: Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación. 9) Capacidad Técnica. Inciso K) dice: La empresa deberá estar Habilitada como Fabricante, Importadora, Distribuidora, Representante y Servicio Técnico de dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (página N° 17 del PBC). Solicitamos respetuosamente que este punto sea redactado de manera idéntica a lo solicitado en el punto 9.1 Requisitos documentales para evaluar el presente criterio: Inciso K) Autorización de Apertura o Certificado de que se encuentra en trámite de renovación de apertura como fabricante, Importadora, Distribuidora, Representante y Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (página N° 18 del PBC).	10-08-2020	09:11:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 1 ya publicada.	17-08-2020	14:45:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte del presente PBC dice: Condiciones Contractuales. Numeral 11) Porcentaje de Multa dice: El valor del Porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: 0,5% por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. Solicitamos a la convocante que el Porcentaje de Multa quede de la siguiente manera: El valor del Porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: 0,01% por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. Tomando como ejemplo a llamados de equipos del MSPyBS, LPN N° 02/2020 ID:370.829, LPN 44/2019 ID: 369.453.	10-08-2020	09:12:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 1 ya publicada.	17-08-2020	14:46:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 - Ítem 7 - Camilla tipo quirúrgica Oftalmológica SECCIÓN III. Suministros Requeridos - En sub ítem dice: Barandales laterales abatibles en un solo movimiento. Entendemos que se trataría de un error - involuntario- en la transcripción de esta característica técnica, esta no corresponde a una camilla tipo quirúrgica. Por tal motivo solicitamos al convocante modificar esta especificación a: Soporte para brazos en ambos lados de la camilla	10-08-2020	15:18:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta, queda redactado de la siguiente manera: Soporte para brazos en ambos lados de la camilla. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1	14-08-2020	13:12:33

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 - Ítem 7 - Camilla tipo quirúrgica Oftalmológica SECCIÓN III. Suministros Requeridos - En el sub ítem dice: Sistema de batería recargable. Solicitamos al Convocante eliminar o declarar como opcional esta característica; ya que corresponde a una mesa quirúrgica multifunciones y no a una camilla oftalmológica.	10-08-2020	15:18:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta, queda redactado de la siguiente manera: Soporte para brazos en ambos lados de la camilla. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1	14-08-2020	13:14:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 2 - Ítem 1 - AUTORREFRACTOMETRO CON QUERATOMETRO SECCIÓN III. Suministros Requeridos - En sub ítem dice: Esférico: -22.00D (o menor) a +30.00D (o mayor). En pasos de 0.01 / 0.12 / 0.25D). Solicitamos al Convocante permitir la oferta de autorrefractometro con la siguiente característica: Esférico: -25.00D (o menor) a +25.00D (o mayor). En pasos de 0.12 / 0.25D o mas pasos	10-08-2020	15:18:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: se aceptará oferta con: Esférico: -25.00D (o menor) a +25.00D (o mayor). En pasos de 0.12 / 0.25D o más pasos. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1 Respuesta: se aceptará oferta con: Esférico: -25.00D (o menor) a +25.00D (o mayor). En pasos de 0.12 / 0.25D o más pasos. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1	14-08-2020	13:15:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 2 - Ítem 1 - AUTORREFRACTOMETRO CON QUERATOMETRO SECCIÓN III. Suministros Requeridos - En sub ítem dice: Cilíndrico: -10.00D (o menor) a +10.00D (o mayor). En pasos de 0.01 / 0.12 / 0.25D). Solicitamos al Convocante permitir la oferta de autorrefractometro con la siguiente característica: Cilíndrico: -10.00D (o menor) a +10.00D (o mayor). En pasos de 0.12 / 0.25D o mas pasos.	10-08-2020	15:19:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: se aceptará oferta con: Esférico: -25.00D (o menor) a +25.00D (o mayor). En pasos de 0.12 / 0.25D o más pasos. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1 Respuesta: se aceptará oferta con: Esférico: -25.00D (o menor) a +25.00D (o mayor). En pasos de 0.12 / 0.25D o más pasos. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1	14-08-2020	13:16:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 2 - Ítem 1 - AUTORREFRACTOMETRO CON QUERATOMETRO SECCIÓN III. Suministros Requeridos - En sub ítem dice: Astigmatismo corneal: -10.00D (o menor) a +10.00D (o mayor). Solicitamos al Convocante permitir la oferta de autorrefractometro con la siguiente característica: Astigmatismo corneal: -10.00D (o menor) a +08.00D (o mayor)	10-08-2020	15:19:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
se aceptará oferta con: Astigmatismo corneal: -10.00D (o menor) a +08.00D (o mayor). LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1	20-08-2020	15:43:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Distancia interpupilar ajustable 50mm a 70 mm +/- 5mm, solicitamos a la convocante permitir equipos que posean una distancia interpupilar ajustable de entre 50mm a 80 mm +/- 5mm. de manera a permitir la participación de mas oferentes.	10-08-2020	15:36:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego, serán consideradas características técnicas que cumplan o superen lo requerido en el PBC. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1	14-08-2020	13:26:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Oculares gran Angular 10x o 12x. solicitamos a la convocante permitir ofertar Oculares de gran angular mayores a 12x	10-08-2020	15:38:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Binocular inclinable 200°. Con Distancia interpupilar ajustable de 50 mm a 70 mm (+/-5mm). Oculares de gran angular 10x o 12x o 16x. Con ajuste de dioptrías de + 5D a -7D (+/- 1D). LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1	14-08-2020	13:28:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Un par de botones programables. solicitamos a la convocante que este requerimiento sea OPCIONAL atendiendo a que sólo existe una marca de microscopio en el mercado que cumple con dicha funcionalidad.	10-08-2020	15:40:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Respuesta: Existen más de una marca con esta característica, se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1 Respuesta: Existen más de una marca con esta característica, se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1	14-08-2020	13:29:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Inclinación fina de +/- 10 grados solicitamos a la convocante permita ofertar equipos de Inclinación fina de +/- 5 grados	10-08-2020	15:42:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Inclinación fina de +/- 10° (con rango de variación permitida de +/- 1°) y gruesa de -70° a + 90° (con rango de variación permitida de +/- 2°). LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1	14-08-2020	13:30:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Con selector de aumentos de al menos 5 pasos, siendo el binocular auxiliar o del asistente esta función no tiene utilidad, solicitamos a la convocante determine este requerimiento como OPCIONAL	10-08-2020	15:43:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: El selector de aumentos de al menos 5 pasos es de suma utilidad para el cirujano asistente, ya que su binocular es a 0°. Por expuesto, se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1	14-08-2020	13:30:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La óptica principal pide Oculares de 10x o 12x, las oculares asistente piden que sean de 12,5x. Para que el cirujano principal y ayudante posean la misma visual la magnitud debe ser también de 10x a 12x.	10-08-2020	15:46:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: se aceptarán ofertas con: Oculares de 12x (rango de variación +/-1x), con ajuste de dioptrías +/- 6D (+/-1D). Base estéreo de 25 mm o mayor. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1	14-08-2020	13:31:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dispositivo de observación de Fondo de Ojo con Inversor integrado es evidente que la convocante solicita un microscopio con capacidad para cirugía del segmento anterior y posterior. Y el dispositivo de enfoque interno con palanca, junto con la lente de 90D y otra de 100D, son integrante del sistema EIBOS Fabricado por una sola empresa. MOLLER WEDEL de Alemania. Por lo cual solicitamos a la convocante que este requerimiento sea OPCIONAL.	10-08-2020	15:49:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Existen varios fabricantes de Dispositivo de observación de Fondo de Ojo, por lo que se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1	14-08-2020	13:33:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Iluminación Halógena 2 x 150W solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con Iluminación Halógena de 150 +/-50W o LED??	10-08-2020	15:50:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: se aceptarán ofertas con: Iluminación LED o halógena 2x150W transmitida por fibra óptica. Intensidad de luz continuamente ajustable. La empresa adjudicada deberá proveer en calidad de repuestos: 04-Lámparas (focos) de 150W Halógeno. Se omite esta exigencia en caso de tratarse de Luz LED. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1	14-08-2020	13:33:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con conexiones para interruptor de pie y transferencia de datos RS232 se puede ofertar equipos con conexión Wifi o USB?	10-08-2020	15:52:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta, se aceptarán ofertas: Con conexiones para interruptor de pie (pedal) y transferencia de datos (RS232) o conexión Wifi o USB. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1	14-08-2020	13:35:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Medio accionador Aire comprimido el medio accionador aire comprimido de fuente externa solo se usa para vitrectomía en el polo posterior del ojo , porque solicitan esta función en un equipo de Facoemulsificación o lo que plantean es adquirir el modulo retina posteriormente ?	10-08-2020	15:53:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: el medio accionador es utilizado para el funcionamiento de la bomba venturi para la aspiración y para el accionamiento de la pieza de mano para Vitrectomía Anterior. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1	14-08-2020	13:36:06

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Pantalla de 15" o mayor solicitamos a la convocante permita ofertar equipos que posean una Pantalla mínima de de 7".		10-08-2020	15:54:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1 Respuesta: Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1		14-08-2020	13:39:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Cuadros por segundo 20 c/s solicitamos a la convocante incluir el rango de +/- 20% en este requerimiento.		10-08-2020	15:56:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta, se aceptarán ofertas con: Cuadros por segundo: 20 cuadros por segundo (con rango de variación permitido +/- 4 c/s). LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1		14-08-2020	13:40:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Esfericos : -22.00D (o menor) a +30.00 D (o mayor) Solicitamos a la convocante permitir ofertar equipos con el siguiente rando: -22.00D (o menor) a +22.00D (o mayor) pues esta característica unica corresponde a un equipo de la Marca Gran Seiko		10-08-2020	15:57:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Se han ampliado los rangos mediante Adenda al Pliego de Bases y Condiciones. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1 Respuesta: Se han ampliado los rangos mediante Adenda al Pliego de Bases y Condiciones. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1		14-08-2020	13:41:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Distancia interpupilar 1mm (o menor) a 85 mm (o mayor) medir una distancia interpupilar (entre ojos) inferior a 50mm , no tiene sentido clínico para la practica oftalmologica humana , el equipo tendra utilizacion veterinaria ? Corregir así a valores normales 40mm-80mm +/-10%		10-08-2020	15:58:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta, se aceptarán ofertas con: Distancia interpupilar 40mm (o menor) a 80 mm (o mayor). LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1 SE ADJUNTA LA MODIFICACIONES DE LA CAPACIDAD TECNICAS		14-08-2020	13:48:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Zoom motorizado de 4x a 26x solicitamos a la convocante que permita ofertar equipos con zoom de 4x a 21x de magnificación (+/-1x) o mejor. y de esta manera permita la participación de más oferentes.		17-08-2020	13:52:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Eliminar el funcionamiento motorizado, se estaría disminuyendo enormemente la funcionalidad del equipo. Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC.		19-08-2020	16:09:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice con Enfoque Motorizado +15mm a 31mm (+/-2mm). Solicitamos a la convocante permita ofertar equipos con enfoque motorizado +15mm a 30mm (+/- 5mm) o mejor, de manera a poder permitir la participación de la mayor cantidad de oferentes atendiendo a que el requerimiento actual sólo puede ser cumplido por una sola marca.		17-08-2020	13:58:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aceptará oferta: Con enfoque motorizado +15 mm (+/- 2mm) a -31mm (+/-5mm), se realizaron modificaciones al PBC mediante la Adenda N° 2		20-08-2020	15:47:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Pantalla de 15, sensible al tacto para programación y control Solicitamos a la convocante permita la posibilidad de ofertar equipos que posean un panel de control de al menos 10" o más con botones o touch para programación y control.		17-08-2020	14:15:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se requiere de un equipo con una amplia visibilidad y tecnología de vanguardia (pantalla touch screen); de aceptar esta solicitud, se estaría disminuyendo en gran medida la funcionalidad del equipo. Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC.		19-08-2020	16:12:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde Dice: Confirmación de comandos Menú en Español Memoria para 20 usuarios. Este requerimiento es un despropósito y restringe la participación de potenciales oferentes. En una unidad de oftalmología existen como máximo 5 operarios, por lo cual solicitamos a la convocante permita ofertar equipos que posean Memoria para 5 usuarios o más.	17-08-2020	14:20:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará oferta con: Confirmación de comandos. Menú en español. Memoria para 10 usuarios o más. Se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda N° 2	20-08-2020	15:49:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Medio de aire comprimido procedente de fuente externa. Esto corresponde a características de un equipo de vitrectomía POSTERIOR, lo cual no es el objeto de este llamado. Por lo tanto solicitamos a la convocante a que dicho requerimiento sea eliminado de las especificaciones técnicas o sea OPCIONAL.	17-08-2020	14:22:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Medio de aire comprimido procedente de fuente externa, el medio accionador es utilizado para el funcionamiento de la bomba venturi para la aspiración y para el accionamiento de la pieza de mano para Vitrectomía Anterior.	19-08-2020	16:13:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Intervalo de flujo (peristáltica); de 2 (o menor) a 65cc/min Solicitamos a la convocante acepten de 2 o menor a 50cc/min o mayor, ya que como se encuentra actualmente sólo OPTKON cumple este requerimiento.	17-08-2020	14:26:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
se aceptará oferta de:Intervalo de flujo (peristáltica); de 2 (o menor) a 50cc/min (o mayor). se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda N° 2	20-08-2020	15:51:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Frecuencia de corte de 60 o menor a 5000 cortes por minutos o mayor. Solicitamos se pueda ofertar equipos que posean una frecuencia de corte de 60 o menor a 1500 o mayor ya que como se encuentra actualmente sólo el equipo de la marca OPTIKON cumple este requerimiento.	17-08-2020	14:28:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará oferta de: Frecuencia de corte de 60 (o menor) a 4000 cortes por minutos (o mayor). se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda N° 2	20-08-2020	15:53:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PEDAL Funciones: con al menos 5 mandos del tipo encendido apagado Solicitamos se modifique a por lo menos 4 mandos del tipo encendido apagado, de manera a permitir la participacion de una mayor cantidad de oferentes.	17-08-2020	14:29:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará oferta con: Funciones: con al menos 4 mandos del tipo "encendido/apagado". se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda N° 2	20-08-2020	15:56:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 50 cassettes o reservorios descartables Solicitamos que puedan ser ofertadas también cassettes reusables para salvaguardar los recursos de la institución y en respeto al Art 3 de la Resolución DNCP 1890/20 para principios de economía y eficiencia.	17-08-2020	14:34:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta Se solicita adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, debido a que fueron elaboradas de acuerdo las necesidades específicas del servicio	24-08-2020	14:33:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 10 unidades de lápiz borrador para diatermia Solicitamos que puedan ser ofertados Lápiz borrador reusable para salvaguardar los recursos de la institución y en respeto al Art 3 de la Resolución DNCP 1890/20 para principios de economía y eficiencia.	17-08-2020	14:35:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta Se solicita adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, debido a que fueron elaboradas de acuerdo las necesidades específicas del servicio	24-08-2020	14:33:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice con Zoom motorizado de 4x a 26x. solicitamos a la convocante que permita la participación de equipos que posean función zoom de 4x a 21x de magnificación (+/-1x) o mejor, de manera a que permita la participación de mayor cantidad de oferentes.	17-08-2020	14:38:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Eliminar el funcionamiento motorizado, se estaría disminuyendo enormemente la funcionalidad del equipo. Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego.	19-08-2020	16:14:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: con Enfoque Motorizado +15mm a 31mm (+/-2mm) Solicitamos a la convocante que permita ofertar equipos con enfoque motorizado de +15mm a 30mm (+/- 5mm) o mejor.	17-08-2020	14:41:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará oferta: Con enfoque motorizado +15 mm (+/- 2mm) a -31mm (+/-5mm), se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda N° 2	20-08-2020	16:02:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Módulo de iluminación coaxial con disco de filtros con 1 ranura móvil (3mm o mayor). Solicitamos eliminar esta característica por ser exclusiva de la Marca Moller Wedel.	17-08-2020	14:41:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará oferta con Módulo de iluminación coaxial con disco de filtro para luz suave, azul, UV y la luz día. Diafragma para reducir el diámetro de iluminación. se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda N° 2	20-08-2020	16:07:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice:Dispositivo de observacion de fondo de ojo Distancia de trabajo F =170 (+/- 10mm) - Adaptador esterilizable - Cuerpo desmontable y esterilizable - Inversor optico integrado - enfoque interno mediante palanca derecha y/o izquierda - Lente Oftalmologica 90D , esterilizable montaje a bayoneta. De nuevo esta descripción corresponde a un modelo en particular llamado Eiboss de Moller Wedel. Solicitamos pidan un dispositivo de observación de fondo de ojo, cuya distancia de trabajo pueda ser de 175 o 200 mm. Este dispositivo tiene que comprender un inversor óptico de imágenes y un cuerpo desmontable/ esterilizable que tenga enfoque para lente de visualización del fondo de ojo montaje a bayoneta, con por lo menos 2 lentes de dioptrías diferentes (para cirugía retina gran angular y macula).	17-08-2020	14:45:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda N° 2	25-08-2020	14:35:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la convocante permita ofertar equipos que cuenten con dispositivos de dos componentes para observación de fondo de ojo en lugar de un sistema integrado.	21-08-2020	15:02:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC. Se requiere que el dispositivo sea compacto con la menor cantidad de piezas desarmables, serán consideradas características técnicas que cumplan o superen lo requerido en el PBC.	24-08-2020	14:35:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que admitan microscopios en los cuales como mínimo cuente con 3 aumentos en el visor del asistente.	21-08-2020	15:05:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda N° 3	25-08-2020	14:35:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que permita ofertar equipos que cuenten con lente objetivo frontal de 200mm.	21-08-2020	15:07:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda N° 3	25-08-2020	14:36:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que permita ofertar equipos que posean iluminación halogena de 100W.	21-08-2020	15:09:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC, serán consideradas características técnicas que cumplan o superen lo requerido en el PBC.	24-08-2020	14:35:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que permita cotizar equipos que posea otros medios de aspiración como PSEUDO Venturi, Direct Control, o similar (al menos 2)	21-08-2020	15:12:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Respuesta: Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC, serán consideradas características técnicas que cumplan o superen lo requerido en el PBC.	24-08-2020	14:36:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que cotizar equipos que posean panel de control de 10" como mínimo, de manera a permitir la participación de más oferentes	21-08-2020	15:15:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC, serán consideradas características técnicas que cumplan o superen lo requerido en el PBC.	24-08-2020	14:38:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la descripción del ítem figuran nombres que únicamente aparecen en catálogos de la marca RUMEX y KATENA, ambos con representante exclusivo en Paraguay, por lo cual solicitamos a la convocante incluya en la descripción "o similar" de manera a evitar direccionamiento en el bien requerido.	21-08-2020	15:21:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Se solicitan instrumentales genéricos con nombres de autores, no hacen referencia a fabricantes de marcas específicas. Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC, serán consideradas características técnicas que cumplan o superen lo requerido en el PBC	24-08-2020	14:39:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante permitir cotizar sólo algunos ítems de cada lote, y no el lote completo, porque no todos los oferentes poseen la capacidad y experiencia en todos los ítems de cada lote.	21-08-2020	15:54:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Se solicitan instrumentales genéricos con nombres de autores, no hacen referencia a fabricantes de marcas específicas. Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC, serán consideradas características técnicas que cumplan o superen lo requerido en el PBC	24-08-2020	14:39:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Lote 1 – Ítem 8 – Silla quirúrgica, donde solicitan al menos 5 ruedas que otorguen estabilidad y movilidad. Frenos en al menos 2 ruedas, solicitamos se permitan cotizar silla quirúrgica con al menos 3 ruedas, todas ellas con freno, siempre y cuando no se pierda la estabilidad y la movilidad.	21-08-2020	15:56:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Se pretende la adquisición de Sillas quirúrgicas que garanticen una gran estabilidad para comodidad y seguridad de los médicos intervinientes. Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego.	24-08-2020	14:40:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Lote 2 – Ítem 1 - Autorrefractor con Queratometro, para dar oportunidad de participación a un mayor número de oferentes, solicitamos se puedan cotizar equipos con pantalla fija y no inclinable y con un peso de hasta 28 kg.	21-08-2020	15:56:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Pantalla LCD a color, inclinable o fija, de 5 pulgadas como mínimo. Respuesta: Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego, se mantiene en Peso: 20 kg o menor.	24-08-2020	14:40:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2 – Caja de pruebas – Solicitamos se puedan cotizar moldura de plástico o metálica	21-08-2020	15:56:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda N° 3	25-08-2020	14:36:40

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508049069 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	02-09-2020	03-09-2020	11-01-2021

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - EQUIPAMIENTO PARA CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42295121-001	Microscopio quirurgico					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Haag-Streit	Haag-Streit Surgical GmbH & Co. KG	HS Hi-R NEO 900A	Alemania	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo y/o Manual del Usuario	1.650.000.000	1.650.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42295114-003	Facoemulsificador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Optikon	OPTIKON 2000 SpA	R-EVO SMART S	Italia	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo y/o Manual del Usuario	500.000.000	500.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42201718-002	Eco Biometro Oftalmologico					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	TOMEY	TOMEY CORPORATION	UD-800	Japón	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo y/o Manual del Usuario	190.000.000	190.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	42171910-9997	Caja de Cirugia Especializada					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	RUMEX	RUMEX INTERNATION CO.-	No aplica	USA	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo	150.000.000	300.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	42171910-9997	Caja de Cirugia Especializada					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	RUMEX	RUMEX INTERNATION CO.-	No aplica	USA	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo	25.000.000	50.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	42171910-9997	Caja de Cirugia Especializada					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	RUMEX	RUMEX INTERNATION CO.-	No aplica	USA	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo	40.000.000	80.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	42192207-9999	Camilla tipo quirúrgica Oftalmológica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

ARGON S.R.L. - 80004373-1	Apramed	Apramed Indústria e Comércio de Aparelhos Médicos LTDA.	CCO APM3 GII	Brasil	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo y/o Manual del Usuario	65.000.000	65.000.000
---------------------------	---------	---	--------------	--------	--	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	42192102-998	Sillon Oftalmologico	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	RAY VISION	RAY VISION INTERNATION CORPORATIO	Silla Quirúrgica a Gas	China	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo	7.000.000	14.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - EQUIPAMIENTO PARA CONSULTORIO DE OFTALMOLÓGICA

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	42183023-007	Autorefractometro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	G-Medics	G-Medics Company	GRK 2200T	Corea	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo	70.000.000	70.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	42183009-001	Armazon-Lente de Prueba	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Ray Vision	RAY VISION INTERNATION CORPORATIO	TL-V20	China	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo	7.000.000	7.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	42183009-001	Armazon-Lente de Prueba	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Ray Vision	RAY VISION INTERNATION CORPORATIO	TF-K65	China	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo	5.000.000	5.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	42183023-005	Lensometros	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Ray Vision	RAY VISION INTERNATION CORPORATIO	ML-C45	China	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo	9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	42183023-003	Proyector oftalmologico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Ray Vision	RAY VISION INTERNATION CORPORATIO	CP-300	China	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo	15.000.000	15.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	42183023-004	Retinoscopio	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	HEINE	HEINE Optotechnik GmbH & Co.KG	BETA 200 LED	ALEMANIA	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo	10.000.000	10.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - EQUIPAMIENTO PARA CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.250.000.000	04-09-2020	08:18:49.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99456733468a7799f36bb6cb013fb360	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.849.000.000	04-09-2020	08:00:07.951	Propuesta
		Código Verificador:	db11884769714eb766b0aeb7ac7b86	

2 - EQUIPAMIENTO PARA CONSULTORIO DE OFTALMOLÓGICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	83.000.000	04-09-2020	08:41:51.301	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37eb59eb62c405f8fba0f0e7c99edddd	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	106.000.000	04-09-2020	08:35:37.854	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3eb5880986f96d9541c334200dd804a6	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	116.000.000	04-09-2020	08:00:08.091	Propuesta
		Código Verificador:	5611bf18d1938a5bfe43735dc207c843	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - EQUIPAMIENTO PARA CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.250.000.000

2 - EQUIPAMIENTO PARA CONSULTORIO DE OFTALMOLÓGICA

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	83.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - EQUIPAMIENTO PARA CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA	2.250.000.000
2 - EQUIPAMIENTO PARA CONSULTORIO DE OFTALMOLÓGICA	83.000.000

Listado de Mensajes

1 - EQUIPAMIENTO PARA CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-09-2020	08:10:16.306
Buenos días, comenzamos la Subasta.	04-09-2020	08:11:47.562
Señor/a Oferente, baje su precio	04-09-2020	08:12:03.419
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	04-09-2020	08:12:14.055
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	04-09-2020	08:12:27.544
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-09-2020	08:12:29.823
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-09-2020	08:12:33.688
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-09-2020	08:18:33.773
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-09-2020	08:22:08.865
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-09-2020	08:22:09.158

Listado de Mensajes

2 - EQUIPAMIENTO PARA CONSULTORIO DE OFTALMOLÓGICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-09-2020	08:30:11.285
Señor/a Oferente, baje su precio	04-09-2020	08:34:17.695
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-09-2020	08:34:21.363
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-09-2020	08:34:25.181
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-09-2020	08:41:37.961
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-09-2020	08:46:13.270
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-09-2020	08:46:13.346

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.