

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 385767

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:18 del día 26/11/2020, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 385767 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X PARA EL MSPBS - COVID-19 de la Institución:

Código Verificador: 7ecb9e989c0de49d99cddeacdb62934c

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante agregar además de lo ya solicitado, un rango de extensión horizontal de al menos 120cm o más, de forma a realizar todo tipo de tomas sin necesidad de reposicionamiento excesivo del equipo, brindando una mayor versatilidad a la hora de utilizar el mismo en espacios reducidos y UTI.		05-11-2020	11:26:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.		18-11-2020	15:29:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita a la convocante agregar además de lo ya solicitado que el equipo sea capaz de realizar exposiciones radiográficas mediante la red de alimentación eléctrica aun cuando las baterías se encuentren descargadas o agotadas.		05-11-2020	11:26:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara que "el equipo debe ser capaz de realizar exposiciones radiográficas mediante la red de alimentación eléctrica aun cuando las baterías se encuentren descargadas o agotadas".		18-11-2020	15:31:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Al ser un equipo destinado a COVID se sugiere a la convocante que los equipos cuenten con superficie antimicrobiana.		05-11-2020	11:26:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara que "los equipos cotizados deberán contar con superficie antimicrobiana".		18-11-2020	15:33:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante solicitar que los equipos posean una corriente máxima de al menos 350mA o mayor. Esto para brindar mayor nivel de penetración en estudios referidos a zonas de mayor grosor tales como columna lumbar, columna dorsal, entre otras.		05-11-2020	11:27:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.		18-11-2020	15:37:03

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante solicitar que los equipos posean un rango superior de KV de al menos 130KV o mayor, de forma a permitir estudios que requieran de un mayor nivel de penetración y resolución de imagen en sectores de mayor grosor del cuerpo (ej. Columna lumbar, columna dorsal, entre otras).	05-11-2020	11:27:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:37:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante permitir tiempos máximos de exposición de 4s o menor. Esto de manera a asegurar que el equipo posea la tecnología para exponer al paciente el menor tiempo posible a radiación en casos de realizar tomas a regiones que requieran de tiempos más elevados.	05-11-2020	11:27:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara " tiempo de exposición máximo de 4s o menor".	18-11-2020	16:02:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante agregar además de lo ya solicitado, que el equipo permita cambiar al modo de chasis en caso de que no se cuenten con detectores disponibles o se encuentren sin batería.	05-11-2020	11:27:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "el equipo debe permitir cambiar al modo de chasis en caso de que no se cuenten con detectores disponibles o se encuentren sin batería".	18-11-2020	16:03:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante permitir equipos con tamaño de matriz de detección de al menos 2300 x 2750, de forma a brindar el mayor nivel de resolución posible de imagen, especialmente en estructuras pequeñas o contornos que requieran de gran definición.	05-11-2020	11:28:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:37:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante solicitar que el detector del equipo presente un tamaño de píxel de 150 micras o menor. Esto de forma a brindar mayores niveles de resolución de imagen y mayor visibilidad en estudios donde deban ser observadas estructuras muy pequeñas o contornos que deban ser definidos con absoluta claridad.	05-11-2020	11:28:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:37:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante agregar además de lo ya solicitado, que los equipos puedan ser movidos manualmente la unidad en caso de avería del motor o las baterías sean removidas o se encuentren agotadas.	05-11-2020	11:28:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:38:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante agregar además de los ya solicitado que los controles de avance/retroceso se realicen desde el mango principal del equipo y que el equipo presente una velocidad máxima de traslado de al menos 1,3m/s o mayor. Esto brindaría una mayor versatilidad y rapidez en el control y transporte del equipo.	05-11-2020	11:28:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a lo requerido en el PBC. Se aclara que las EE.TT establecen características mínimas, se aceptaran ofertas superiores.	18-11-2020	16:16:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante solicitar que la altura de mesa del paciente presente una altura de 72,5cm o menos. El motivo se debe a que a mayor altura de mesa se vuelve más complicado el hecho de subir y posicionar a pacientes ancianos o que presenten problemas de movilidad.	05-11-2020	11:29:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "la altura de mesa del paciente presente una altura de 75 cm o menos".	18-11-2020	16:17:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se sugiere a la convocante solicitar una anchura de la superficie de la mesa del paciente de al menos 80cm o mayor, de manera a dar cobertura y soporte a pacientes más robustos.	05-11-2020	11:29:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC. Se aclara que las EETT establecen características mínimas, se aceptaran ofertas superiores.	18-11-2020	16:18:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante solicitar que la longitud de la superficie de la mesa del paciente sea de al menos 220cm o mayor, de manera a dar cobertura y soporte a pacientes más robustos y de mayor altura.	05-11-2020	11:29:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC. Se aclara que las EETT establecen características mínimas, se aceptaran ofertas superiores.	18-11-2020	16:18:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante solicitar que la mesa del paciente presente un soporte para paciente que presentes pesos hasta al menos 280kg o más, de manera a dar suficiente soporte y versatilidad en el posicionamiento de pacientes más robustos o muy obesos.	05-11-2020	11:29:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC. Se aclara que las EETT establecen características mínimas, se aceptaran ofertas superiores.	18-11-2020	16:18:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante solicitar movimientos longitudinales de la superficie de mesa del paciente de ± 42 cm o mayor, de forma a dar soporte y obtener una cobertura mayor a la hora del estudio sin necesidad de reposicionamiento del paciente.	05-11-2020	11:30:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC. Se aclara que las EETT establecen características mínimas, se aceptaran ofertas superiores.	18-11-2020	16:19:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante exigir además de lo ya solicitado que el equipo posea un seguimiento longitudinal del detector con respecto con respecto al tubo de forma a mantener un centrado entre dichos componentes.	05-11-2020	11:30:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC. Se aclara que las EETT establecen características mínimas, se aceptaran ofertas superiores.	18-11-2020	16:19:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante solicitar un movimiento longitudinal de al menos 225cm o mayor, de forma a obtener una cobertura completa del paciente sin necesidad de reposicionamiento de este.	05-11-2020	11:31:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N°02. Se aclara "movimiento longitudinal de al menos 220 cm o mayor"	18-11-2020	16:24:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante agregar además de lo ya solicitado, que el soporte del tubo posea al menos una pantalla táctil de 9" o mayor, con resolución de 1280x800 o mayor, con capacidad para: - Configurar parámetros de exposición. - Seleccionar programas de órgano. - Control de movimientos. Agilizando de esta forma el flujo de trabajo y posicionamiento del paciente en el equipo.	05-11-2020	11:31:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC. Se aclara que las EETT establecen características mínimas, se aceptaran ofertas superiores.	18-11-2020	16:20:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante solicitar un rango del tubo de al menos $\pm 130^\circ$ o mayor.	05-11-2020	11:31:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "rango de rotación del tubo de rayos x de al menos $\pm 130^\circ$ o mayor".	18-11-2020	16:25:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante solicitar que el bucky mural tenga un rango de recorrido superior de al menos 175cm o mayor, de forma a dar cobertura en estudios de tórax a pacientes de mayor altura.	05-11-2020	11:32:04

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC. Se aclara que las EETT establecen características mínimas, se aceptaran ofertas superiores.	18-11-2020	16:20:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante agregar además de lo ya solicitado que el generador de RX del equipo se encuentre integrado a la mesa del paciente, de forma a ahorrar en espacio físico, así como en costos de operación del equipo.	05-11-2020	11:32:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC. Se aclara que las EETT establecen características mínimas, se aceptaran ofertas superiores.	18-11-2020	16:20:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante elevar el nivel de kV a al menos 150kV o mayor, de forma a obtener mejores niveles de penetración, definición y delimitación de estructuras pequeñas o de difícil visibilidad.	05-11-2020	11:32:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC. Se aclara que las EETT establecen características mínimas, se aceptaran ofertas superiores.	18-11-2020	16:20:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante elevar el nivel de mAs a al menos 800mAs o mayor, de forma a obtener mejores niveles de penetración, definición y delimitación de estructuras pequeñas o de difícil visibilidad.	05-11-2020	11:32:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC. Se aclara que las EETT establecen características mínimas, se aceptaran ofertas superiores.	18-11-2020	16:21:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante agregar además de lo ya solicitado un tiempo máximo de exposición de 4 segundos o menos. Esto de manera a asegurar que el equipo posea la tecnología para exponer al paciente el menor tiempo posible a radiación en casos de realizar tomas a regiones que requieran de tiempos más elevados.	05-11-2020	11:33:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "tiempo de exposición máximo de 4s o menor".	18-11-2020	16:26:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante solicitar que los equipos presenten capacidades calóricas de carcasa de al menos 1250kHU o mayor, de manera a dar una utilización continua al equipo sin riesgo de sobrecalentamiento del tubo.	05-11-2020	11:33:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:39:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante que el foco grueso del equipo sea de al menos 1,2mm o mayor, de forma a brindar el correcto nivel de dosis al paciente en estructuras de mayor grosor son riesgo de exposición muy prolongada al paciente.	05-11-2020	11:33:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:38:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante solicitar un área activa de detección de al menos 42cm x 42cm o mayor. Esto brindaría una mayor cobertura en estudios de gran extensión para pacientes muy robustos (tales como estudios de abdomen completo), de forma a no tener que realizar numerosos y sucesivos reposicionamientos para la toma de las imágenes.	05-11-2020	11:33:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC. Se aclara que las EETT establecen características mínimas, se aceptaran ofertas superiores.	18-11-2020	16:21:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante solicitar equipos con tamaño de matriz de detección de al menos 3000 x 3000, de forma a brindar el mayor nivel de resolución posible de imagen, especialmente para estructuras pequeñas.	05-11-2020	11:34:00
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC. Se aclara que las EETT establecen características mínimas, se aceptaran ofertas superiores.	18-11-2020	16:21:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante solicitar que los equipos posean un tamaño de píxel del detector de 145 micras o menor. Esto de forma a brindar mayores niveles de resolución de imagen y mayor visibilidad en estudios donde deban ser observadas estructuras muy pequeñas o contornos que deban ser definidos con absoluta claridad.	05-11-2020	11:34:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "tamaño del píxel del detector de 145 micras o menor".	18-11-2020	16:26:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que la gran mayoría de las casas comerciales cuenta con equipos con movimiento orbital de 120° o más, y que esta característica influye en una mayor flexibilidad de posicionamiento y visualización de las imágenes deseadas, sugerimos modificar este parámetro a: Movimiento Orbital: 120° o más.	05-11-2020	12:19:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC. Se aclara que las EETT establecen características mínimas, se aceptaran ofertas superiores.	18-11-2020	16:22:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Página 27: Los productos solicitados se darán por entregados cuando sean efectivamente recibidos y cuenten con las Notas de Remisión firmadas por los responsables designados por cada servicio y fiscalizadores correspondientes. Solicitamos a la Convocante aclarar que en caso de ausencia o falta de fiscalizador en la Dependencia Receptora, quien será el responsable asignado en su reemplazo para la recepción y firma en la documentación correspondiente.	05-11-2020	14:03:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:39:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Página 34 del PBC – Anticipo Financiero: Considerando el alcance de esta Licitación y en atención a los costos de los equipos licitados, solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03. De no prever anticipo financiero que respalde la ejecución del contrato, el volumen de oferentes se verá considerablemente afectado, ya que la capacidad financiera total para solventar el contrato adjudicado recaería exclusivamente sobre el oferente.	05-11-2020	14:04:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	19-11-2020	15:05:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Página 35 del PBC - Reajuste de Precios: Por experiencias anteriores en la solicitud y presentación de expedientes por reajuste de precios las Convocantes aducen que no cuentan con procedimientos definidos para honrar estas obligaciones y adicionan a esta circunstancia la falta de disponibilidad presupuestaria para este objeto de gasto, quedando estos expedientes en mero trámite administrativo y sin avance para la obligación correspondiente. Solicitamos a la Convocante informar cuál es el procedimiento y plazo de pago en el caso que exista reajuste de precios y el oferente presente factura por este concepto.	05-11-2020	14:04:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	20-11-2020	09:25:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de tasa de interés por mora sea del 0.01% por cada día de atraso. Pedimos equidad y que el porcentaje sea el mismo al que es aplicado como penalidades a los proveedores en caso de demora en el cumplimiento de entrega de los bienes. Por experiencias anteriores en la solicitud y presentación de expedientes por intereses por mora las Convocantes aducen que no cuenta con procedimientos definidos para honrar estas obligaciones y adicionan a esta circunstancia la falta de disponibilidad presupuestaria para este objeto de gasto, quedando estos expedientes en mero trámite administrativo y sin avance para la obligación correspondiente. Solicitamos a la Convocante informar cuál es el procedimiento y plazo de pago en el caso que exista intereses por mora de pago y el oferente presente factura por este concepto.	05-11-2020	14:05:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	19-11-2020	15:06:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se observa en el Pliego de Bases y Condiciones en la página 27 – 2. Plan de Entregas (Bienes) dice: Es de hasta 30 (treinta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Ponemos a conocimiento de la Convocante que normalmente este tipo de equipamientos no se encuentra almacenado en stock de los fabricantes, sino se va produciendo según pedido ingresado y este proceso lleva de dos a seis semanas dependiendo de la logística de cada proveedor. Por otro lado, de manera a reducir costos, normalmente se opta por la modalidad de flete marítimo, lo que implica un tiempo de tránsito de la carga de entre 4 a 6 semanas, dependiendo del lugar de origen. Si bien es posible importar este tipo de equipo utilizando la modalidad de transporte aéreo, esto implica un incremento muy considerable en los costos y por ende en los precios finales. Es por lo expuesto anteriormente que solicitamos a la Convocante extender el plazo de entrega a al menos 90 días, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra	05-11-2020	14:05:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara plan de entregas: Dentro de los 60 (sesenta) días contados a partir de la recepción de la Orden de Compra.	19-11-2020	15:08:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Condiciones Contractuales – 10. Reajuste Solicitamos a la Convocante aclarar la variación necesaria entre, tipo de cambio del mercado abierto comprador Guaraní/Dólar Americano del día de la Apertura de Ofertas y el tipo de cambio del mercado abierto comprador Guaraní/Dólar Americano del último día hábil del mes anterior a la presentación de la factura, para que sea aplicable la cláusula de reajuste.	05-11-2020	14:06:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	20-11-2020	09:25:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante pueda brindar la información de los sitios donde serán destinados los Equipos de Rayos X Fijos, considerando que para estos casos deben ser verificadas las condiciones del sitio en el cual estará destinado, así como también las personas o cargos encargados para la verificación en sitio, de cada Hospital.	05-11-2020	14:06:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:40:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante realizar la aclaración si la garantía debe incluir los repuestos consumibles, considerando que estos casos no son tomados como defectos de fábrica, si no que la sustitución se refiere a los casos de desgaste y o consumo de dichas piezas, como ejemplo el Tubo de Rayos X, solicitamos aclarar el punto a fin de incluir dentro de los costos que se deben contemplar, mencionando además que incluyendo estos puntos aumentaría el precio del Equipo.	05-11-2020	14:07:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:40:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 5 (cinco) días hábiles, después de recibir la notificación por escrito. Solicitamos a la Convocante considerar al menos el plazo de 15 días hábiles, tiempo real en el que se pueden realizar las gestiones de reposición, flete aéreo y despacho, considerando que todos los repuestos son importados únicamente de origen, ya que los mismos deben ser originales y con la garantía del Fabricante.	05-11-2020	14:07:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que el plazo para reparación será de 10 (diez) días hábiles, después de recibir la notificación por escrito.	18-11-2020	16:29:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lugar de Entrega: Depósito de la Dirección Biomédica (Avda. Venezuela No 1492 al lado del INERAM). La recepción del Bien será en el horario de 07:00 a 15:00 horas Solicitamos a la Convocante considerar que los Equipos ofertados son de gran envergadura y entregarlos en el sitio indicado complicaría bastante la logística y verificación, además de aumentar costos muy significativos en la oferta, considerando el doble traslado, por lo cual sugerimos sea considerada la verificación en el Depósito de la Contratada, para poder realizar la revisión con las Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social designadas.	05-11-2020	14:08:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:40:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante aclarar si los sitios designados (para lo cual se emitirá el listado dentro de los 15 días), se encontrarán previamente preparados para realizar las instalaciones y puesta en marcha del Equipo, considerando que, para cumplir dicha condición, especialmente en los casos de los ítems (Arcos en C y Equipo de Rayos X) se debe tener la sala en condiciones, en cuanto a espacios físicos, protección radiológica, refrigeración de la sala y la mueblería necesaria). Realizamos la aclaración considerando que no se podrá proceder a la entrega si estas condiciones no están previamente cumplidas en cada sitio donde se prevé realizar la entrega de los Equipamientos, que por ende afectarán los plazos de ejecución y así también será perjudicial para la Facturación total del Proyecto.	05-11-2020	14:08:33

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:40:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante establecer el período máximo de 1 día hábil para la firma de dichos documentos, considerando que, en experiencias anteriores, este proceso demora bastante, y también definir los cargos firmantes para el Acta de Recepción Definitiva, a fin de establecer responsables y que no existan confusiones.	05-11-2020	14:08:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que los procedimientos administrativos están establecidos por la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado.	18-11-2020	16:30:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Los productos solicitados se darán por entregados cuando sean efectivamente recibidos y cuenten con las Notas de Remisión firmadas por los responsables designados por cada servicio y fiscalizadores correspondientes En experiencias anteriores, hemos notado que no todas las dependencias cuentan con Fiscalizadores, solicitamos por favor definir un cargo más como reemplazo en caso de que el hospital no cuente con esta figura.	05-11-2020	14:09:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Decreto 2.132/03 Reglamentación de La Ley 1535/99.	18-11-2020	16:30:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Informe Técnico donde se constata la instalación, puesta en funcionamiento y capacitación de uso, debidamente firmados por los técnicos de la empresa, usuarios y responsables de la institución Solicitamos amablemente se pueda especificar los cargos que serán responsables de la firma del informe técnico, a fin de que quede sentado en el Pliego de Bases y Condiciones, los responsables por parte de cada Hospital.	05-11-2020	14:09:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:41:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Si el equipo presenta fallas por falta de Mantenimiento Preventivo, esto deberá ser sustituido por otro equipo de similares características durante el tiempo que tome su reparación" Solicitamos a la Convocante excluir el punto mencionando, ya que resulta imposible poder contemplar dicha situación, considerando que para contar con un Equipo de reemplazo, debe existir una sala con las mismas condiciones (espacio físico, sistema de refrigeración, protecciones radiológicas, adecuaciones edilicias), y así también los plazos de entrega de los mismos no podrían ajustarse a lo requerido, considerando los tiempos de fabricación, fletes, instalaciones y puesta en marcha, y no dejando mencionar además el gran impacto que tendría incluir estos costos en el llamado, duplicando hasta triplicando los precios. Sugerimos a la convocante mantener la cláusula de tiempo máximo para reemplazo de repuestos, en donde la Contratante debe cumplir dicho plazo para la reparación del Equipo.	05-11-2020	14:11:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara que si el equipo presenta fallas de mantenimiento preventivo, se deberá reparar dentro del plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la notificación por escrito.	18-11-2020	16:32:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: El plazo máximo para la entrega de los bienes será de 30 (treinta) días corridos contados a partir de la recepción efectiva de la orden de compra; según el procedimiento descrito a continuación Solicitamos a la Convocante aclarar si el plazo mencionado se refiere a la entrega física para inspección por parte del Taller de Biomédica, puesto que en el mismo Pliego se menciona que la Convocante luego de 15 días de la entrega para inspección, estará emitiendo el listado de los sitios donde los Equipos serán entregados, sugerimos a la Convocante poder aclarar este punto e incluir un plazo de 45 días adicionales para la entrega efectiva en todas las dependencias, con las instalaciones y puestas en marcha correspondiente, los cuales llevan un plazo considerable y tiempo de trabajo calificado y dispuesto por el Fabricante.	05-11-2020	14:11:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ítem 36. Se aclara Plan de Entregas: hasta 60 (sesenta) días contados a partir de la recepción de la Orden de Compra.	18-11-2020	16:32:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante definir sitios de instalación, así como los responsables con quien emprender las comunicaciones y consultas referentes a los espacios físicos, así también solicitamos sea aclarado en el Pliego de Bases y Condiciones: 1. Responsable de las Adecuaciones Edilicias: en quién recaerá la responsabilidad de preparar el sitio (ya sea con necesidad de nueva construcción o un sitio designado) en referencia a los espacios físicos, refrigeración de la sala, colocación de protección de radiológica, provisión de mueblería, refacciones de colocación de pisos, paredes, base de hormigón, etc).	05-11-2020	14:12:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:41:34
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la Convocante considere prever Cesión de Deudas con entidades bancarias habilitadas en plaza, previendo cualquier situación de pago.	05-11-2020	14:16:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El pago se encuentra garantizado y amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), mas aun teniendo en cuenta que son equipos financiados por Fondos Covid.	19-11-2020	15:09:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente que la convocante extienda el plazo de entrega a al menos 60 días, teniendo en cuenta que el precio referencial fue estimado a partir de cotizaciones de empresas, donde las mismas ESPECIFICARON Y DETALLARON que el plazo debe ser de al menos 60 a 90 días, ya que SE CONTEMPLA FLETE MARITIMO y NO AEREO. El flete aéreo eleva el costo final de los equipos. Por otro lado, cabe mencionar que estos equipos se encuentran con alta demanda a nivel mundial debido a la situación actual de la Pandemia del COVID 19, por tal motivo los fabricantes NO CUENTAN CON STOCK y todos los pedidos son incluidos en una lista de fabricación. El tiempo de fabricación es de al menos 4 semanas y a eso se le debe agregar el tiempo de transporte (MARITIMO al menos 50 a 60 días). Por todo lo anterior, solicitamos que se extienda el plazo de entregas a 60 o 90 días.	05-11-2020	17:42:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ídem consulta 36. Remitirse a la Adenda N° 02.	18-11-2020	16:33:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente que la convocante incluya el pago de anticipo del 20%, esto permitirá reducir los gastos financieros de las empresas, lo cual se verá reflejado en la costo final de los dispositivos.	05-11-2020	18:00:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	19-11-2020	15:10:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos a la convocante que adopte el sistema de Abastecimiento Simultaneo, de manera a evitar situaciones engorrosas como la experimentadas en el pasado. Además, esto evitará que la SALUD PUBLICA Nacional dependa de una sola empresa o fabricante, teniendo en cuenta que TODOS LOS FABRICANTES se encuentran en la misma situación de alta demanda, por causa de la Pandemia del COVID 19. La situación actual mundial nos obliga a evaluar las mejores opciones de provisión para el BIENESTAR de nuestro País. Sin mencionar, que este sistema ayudará a que mas empresas puedan proveer y así contribuir a la golpeada economía	05-11-2020	19:35:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	20-11-2020	07:43:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PUNTO 7. Autorización del fabricante. SOLICITAMOS amablemente que se pueda presentar la Carta de distribución otorgado por el fabricante debidamente APOSTILLADO, sin necesidad de que la misma se encuentre inscrita en el registro público de comercio, ya que los procesos dentro del registro publico de comercio están bastante lentos, ya que por recomendación del Ministerio de Salud los funcionarios trabajan en grupo reducido y la atención al publico también se encuentra limitada. A modo de mencionar, la institución emite números para cada gestión que se deba realizar, lo cual enlentece mas aun todo el proceso. Por todo lo anterior, solicitamos que la inscripción en el registro publico de comercio sea opcional, o en todo caso, se pueda entregar una declaración jurada de que el proceso ya se inició.	05-11-2020	19:59:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	19-11-2020	15:11:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PUNTO 7. Autorización del fabricante. SOLICITAMOS amablemente que se pueda presentar la Carta de distribución otorgado por el fabricante debidamente APOSTILLADO, sin necesidad de que la misma se encuentre inscrita en el registro público de comercio, ya que los procesos dentro del registro publico de comercio están bastante lentos, ya que por recomendación del Ministerio de Salud los funcionarios trabajan en grupo reducido y la atención al publico también se encuentra limitada. A modo de mencionar, la institución emite números para cada gestión que se deba realizar, lo cual enlentece mas aun todo el proceso. Por todo lo anterior, solicitamos que la inscripción en el registro publico de comercio sea opcional, o en todo caso, se pueda entregar una declaración jurada de que el proceso ya se inició	05-11-2020	20:02:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	19-11-2020	15:11:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

SOLICITAMOS amablemente que se pueda presentar facturas y/o contratos de los años 2020, 2019, 2018 y 2017, teniendo en cuenta que este año ya se encuentra prácticamente terminado. Además, la idea de este requerimiento es demostrar la experiencia en la provisión de equipos médicos y no la capacidad financiera, por tal motivo no es necesario el cierre del ejercicio fiscal. Cabe destacar que esta inclusión, permitirá la participación de mas oferentes, lo cual beneficia a la Institución ya que le dará la capacidad de obtener mejores equipos, con mejores precios.	05-11-2020	20:37:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	19-11-2020	15:11:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS amablemente que se pueda presentar facturas y/o contratos de los años 2020, 2019, 2018 y 2017, teniendo en cuenta que este año ya se encuentra prácticamente terminado. Además, la idea de este requerimiento es demostrar la experiencia en la provisión de equipos médicos y no la capacidad financiera, por tal motivo no es necesario el cierre del ejercicio fiscal. Cabe destacar que esta inclusión, permitirá la participación de mas oferentes, lo cual beneficia a la Institución ya que le dará la capacidad de obtener mejores equipos, con mejores precios.	05-11-2020	20:38:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	19-11-2020	15:12:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que modifique los términos de la garantía de los equipos, ya que la garantía solo puede ser brinda cuando existen defectos de fabricación, la misma no se puede brindar en caso de mal uso o por daños externos o por problemas en el suministro de energía eléctrica. Por otro lado, el mantenimiento preventivo se puede realizar durante el periodo de garantía pero no así el correctivo, ya que para este ultimo es imposible de contemplar la cantidad de eventos y sin mencionar que los oferentes no pueden ser responsables por daños realizados por los usuarios o inconvenientes eléctricos o ambientales y/o mal uso.	05-11-2020	22:05:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse al PBC.	18-11-2020	16:34:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que modifique los términos de las garantías, ya que la cobertura solo se puede prever para casos contra defectos de fabricación y no para casos que sean consecuencias de mal uso o condiciones ambientales o problemas en el suministro de energía eléctrica o cualquier otro acto que no sea resultado de un problema en el proceso de fabricación. Por otro lado, durante el periodo de garantía solo se puede realizar el mantenimiento preventivo y no el correctivo, ya que este ultimo no puede ser contemplado porque depende de cantidades de eventos no predecibles, además, no se puede responsabilizar a las empresas por problemas o daños causados por los usuarios o por condiciones o actos que no sean resultados de un defecto de fabricación. Las condiciones de garantía no distingue casos de daños provocados (intencionales o no) de los casos de desgaste natural por el paso del tiempo (o uso).	05-11-2020	22:31:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:42:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que modifique los términos de las garantías, ya que la cobertura solo se puede prever para casos contra defectos de fabricación y no para casos que sean consecuencias de mal uso o condiciones ambientales o problemas en el suministro de energía eléctrica o cualquier otro acto que no sea resultado de un problema en el proceso de fabricación. Por otro lado, durante el periodo de garantía solo se puede realizar el mantenimiento preventivo y no el correctivo, ya que este ultimo no puede ser contemplado porque depende de cantidades de eventos no predecibles, además, no se puede responsabilizar a las empresas por problemas o daños causados por los usuarios o por condiciones o actos que no sean resultados de un defecto de fabricación. Las condiciones de garantía no distingue casos de daños provocados (intencionales o no) de los casos de desgaste natural por el paso del tiempo (o uso).	05-11-2020	22:32:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:42:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que modifique los términos de las garantías, ya que la cobertura solo se puede prever para casos contra defectos de fabricación y no para casos que sean consecuencias de mal uso o condiciones ambientales o problemas en el suministro de energía eléctrica o cualquier otro acto que no sea resultado de un problema en el proceso de fabricación. Por otro lado, durante el periodo de garantía solo se puede realizar el mantenimiento preventivo y no el correctivo, ya que este ultimo no puede ser contemplado porque depende de cantidades de eventos no predecibles, además, no se puede responsabilizar a las empresas por problemas o daños causados por los usuarios o por condiciones o actos que no sean resultados de un defecto de fabricación. Las condiciones de garantía no distingue casos de daños provocados (intencionales o no) de los casos de desgaste natural por el paso del tiempo (o uso).	05-11-2020	22:34:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:42:28
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que especifique exactamente donde serán instalados los equipos. Esta información es de vital importancia para contemplar dentro de los costos.	05-11-2020	22:38:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:42:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 1.2 donde dice Normas de Calidad Específicas: FDA, CE o JIS. Al menos una de ellas solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos que cumplan otras normativas similares, ya que según el enfoque de comercialización que da cada fabricante en función del mercado al que apunta comercializar sus productos realizan los trámites de cumplimiento de norma, por ejemplo para aquellos modelos de equipos que se desean comercializar en los Estados Unidos entonces debería cumplir necesariamente la norma FDA, entonces, así para un modelo en particular si no es comercializado en los EEUU entonces no hace sentido que lo cumple. Además, muchos procesos de certificación de productos se encuentran temporalmente parados debido a la pandemia, y todos esos trámites se encuentran demorados. Ahora bien, cada mercado cuenta con normativa regional, entonces solicitamos que se pueda cotizar equipos que cumplan normas similares, así se da apertura a la participación de potenciales oferentes y que cuentan con capacidad actual para la entrega según los requerimientos del presente llamado. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: Normas de Calidad Específicas: FDA, CE, JIS o similares según el país de origen o procedencia.	05-11-2020	23:15:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:42:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2.1 donde dice Brazo porta-tubo contrabalaceado o articulado con rotación de +90/-90° o mayor y altura máxima de foco de 205cm o mayor solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con brazo porta tubo con rotación de +40°/-40° y altura máxima de foco de 200 cm. De esta manera se da apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes según la disponibilidad actual de los fabricantes debido a la pandemia.	05-11-2020	23:16:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:43:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2.2 donde dice Cable del disparador con longitud de 4m o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar longitud de 2 m del cable disparador (que es el estándar) y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes.	05-11-2020	23:16:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:43:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2.2 donde dice Cable del disparador con longitud de 4m o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar longitud de 2 m del cable disparador (que es el estándar) y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes.	05-11-2020	23:17:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:43:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3.1 donde dice Potencia de 30kW o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos de 5 kW, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos. Todos se encuentran en alta demanda debido a la alta demanda en todos los países de equipos de RX. Y para el fin en que se le dará a estos equipos, de uso en centros de contingencia para estudios de torax para observar los pulmones es suficiente.	05-11-2020	23:17:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:43:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3.2 donde dice Corriente máxima de 300mA o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos de 100 mA de corriente maxima, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:18:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:44:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 3.3 donde dice Rango de kV de 40kV o menos a 125kV o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos de rango kV de 40 a 110 kV, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:18:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:44:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3.4 donde dice Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 320mAs o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos de rango mAs de 0.5 mAs o menos a 100 mAs o más, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:18:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:44:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3.4 donde dice Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 320mAs o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos de rango mAs de 0.5 mAs o menos a 100 mAs o más, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:19:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:44:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3.6 donde dice Tiempo de exposición máximo de 3s o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos de exposición máximo de 1segundo o mayor, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:19:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se modifica el punto a "tiempo de exposición máximo de 4s o menor".	18-11-2020	16:36:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.1 donde dice Tubo de RX con ánodo giratorio de alta rotación solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tubo de RX fijo, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:20:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:45:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.2 donde dice Punto focal único de 0.9mm o menor, o doble punto focal con foco fino de 0.7mm o menor y foco grueso de 1.2mm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con doble punto focal con foco fino de 0.8 mm o menor y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:20:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:45:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.3 donde dice Capacidad calórica del ánodo de 120kHU o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Capacidad calórica del ánodo de 100 kHU o mayor y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:20:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:45:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.4 donde dice Capacidad calórica de la carcasa del tubo de 1000 kHU o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Capacidad calórica de la carcasa del tubo de 500 kHU o mayor y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:21:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:45:52
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 4.5 donde dice Colimador con ajuste manual con luz de localización LED solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con colimador con luz halógena y que el LED sea opcional y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.		05-11-2020	23:21:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "colimador con ajuste manual con luz de localización LED o halógena".		18-11-2020	16:36:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 5.9 donde dice Transmisión de datos menor a 4s para previsualización de imagen y menor a 6s para imagen completa solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Transmisión de datos de 5s o menor para previsualización de imagen y 8s o menor para imagen completa, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.		05-11-2020	23:21:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "transmisión de datos de 5s o menor para previsualización de imagen y 8s o menor para imagen completa".		18-11-2020	16:38:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 5.10 donde dice Capacidad de soportar peso de pacientes recostados de hasta 145kg o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con detectores con capacidad de soportar pacientes de 100 kg, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.		05-11-2020	23:22:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.		18-11-2020	15:46:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 5.11 donde dice Detector con batería recargable con autonomía de hasta 6 horas o más durante uso regular solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con batería recargable con autonomía de 5 horas como mínimo, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.		05-11-2020	23:22:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "detector con batería recargable con autonomía de hasta 5 horas o mas durante uso regular".		18-11-2020	16:39:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 7.3 donde dice Rodamiento motorizado con motor de avance/retroceso solicitamos amablemente a la convocante que este ítem sea opcional, debido a que encarece el precio del equipo y no se ve referenciado en el precio referencial y también para dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.		05-11-2020	23:23:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02.		18-11-2020	16:39:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE DICE: Brazo porta-tubo contrabalanceado o articulado con rotación de +90/-90° o mayor y altura máxima de foco de 205cm o mayor. SOLICITAMOS a la convocante que modifique el parámetro SID máximo de 205 cm a 200 cm, ya que la reducción de 5 cm no afecta el funcionamiento del equipo, ni tampoco en la calidad, ni en la cantidad de estudios que puedan realizarse. Sugerimos a la convocante que el parámetro SID max sea de 200cm o mayor, esta modificación no afectará el funcionamiento del equipo ni tampoco la calidad de los estudios, por el contrario permitirá que se puedan ofertar equipos de mayor calidad, lo cual beneficiaría a los pacientes y a las Instituciones, ya que al contar con mas oferentes se podrá optar por el equipo de mayor calidad y resolución con mejores precios.		05-11-2020	23:35:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "brazo porta-tubo contrabalanceado o articulado con rotación de +90/-90° o mayor y altura máxima de foco de 202 cm o mayor".		18-11-2020	16:40:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 2.1 donde dice Mesa fija con altura de 70cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con altura de 60 cm o más de altura de la mesa, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.		05-11-2020	23:42:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "la altura de mesa del paciente presente una altura de 75 cm o menos".		18-11-2020	16:41:25

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2.4 donde dice Soporta pacientes de hasta 250kg o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de soportar pacientes de 200 kg, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:42:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:46:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2.5 donde dice Movimiento longitudinal de ± 32 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento longitudinal de ± 30 cm o mayor, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:42:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:47:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2.6 donde dice Movimiento transversal de ± 12 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Movimiento transversal de ± 10 cm o mayor, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:43:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:47:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2.8 donde dice Con rejilla estacionaria compatible con el detector solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos también con rejilla oscilante y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: Con rejilla oscilante o estacionaria compatible con el detector	05-11-2020	23:43:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "con rejilla oscilante o estacionaria compatible con el detector".	18-11-2020	16:42:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3.2 donde dice Rango de recorrido vertical de 140cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Rango de recorrido vertical de 125cm o mayor, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:43:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:47:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3.4 donde dice Rango de rotación del tubo de Rayos X de $\pm 125^\circ$ o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Rango de rotación del tubo de Rayos X de $\pm 110^\circ$ o mayor, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:44:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:47:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.1 donde dice Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 170cm o mayor, manual o motorizado solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Rango de recorrido vertical de 46cm o menor a 170cm o mayor, manual o motorizado, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:44:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se modifica el punto a "rango de recorrido vertical de 46 cm o menor a 170 cm o mayor, manual o motorizado".	18-11-2020	16:43:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 5.4 donde dice Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 700mAs o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 500mAs o más, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:44:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:47:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.2 donde dice Capacidad calórica del ánodo de 320kHU o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Capacidad calórica del ánodo de 300kHU o mayor, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:45:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:48:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.4 donde dice Matriz del detector de 2350 x 2850 o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Matriz del detector de 2300 x 2800 o superior, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:45:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:48:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.4 donde dice Matriz del detector de 2350 x 2850 o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Matriz del detector de 2100 x 2600 o superior, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:45:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:48:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.8 donde dice Transmisión de datos menor a 3,5s para previsualización y menor a 8s para imagen completa solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Transmisión de datos menor a 5s o menor para previsualización y menor a 8s o menor para imagen completa, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:46:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "transmisión de datos de 5s o menor para previsualización de imagen y 8s para imagen completa.	18-11-2020	16:44:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.9 donde dice Capacidad de soportar peso de pacientes recostados de hasta 140kg o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Capacidad de soportar peso de pacientes recostados de hasta 100 kg o mayor, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos. Además, de acuerdo a la configuración del equipo solicitado en la especificación técnica no aplica que el paciente se coloque encima del detector, ya que el mismo se encuentra dentro de la mesa y del Bucky mural.	05-11-2020	23:46:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:49:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.11 donde dice Detector con batería recargable con autonomía de hasta 6 horas o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Detector con batería recargable con autonomía de hasta 5 horas o más, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:47:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "detector con batería recargable con autonomía de hasta 5 horas o mas durante su uso regular"	18-11-2020	16:45:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 8.1 donde dice Con capacidad de almacenamiento de 9.000 imágenes o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Con capacidad de almacenamiento de 9.000 imágenes o más, o con capacidad de almacenamiento de 1 TB, ya que la unidad de medida de almacenamiento de información esta dada por la capacidad del disco duro o elemento de almacenamiento del equipo y la cantidad de imágenes varia según las características de cada estudio, además se dara apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:47:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:49:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7 8.2 donde dice Monitor de 21" o mayor y resolución de 1920x1080 o mejor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Monitor de 19 y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	05-11-2020	23:47:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:49:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Detector con batería recargable con autonomía de hasta 6 horas o más durante uso regular. SOLICITAMOS amablemente que la convocante modifique este parámetro a 5 horas o mas, ya que este cambio no representa ningún inconveniente para el funcionamiento correcto del detector, además, la autonomía de la batería depende varios factores y solo se estima un valor determinado, puede tener mas o menos horas de autonomía de lo establecido. Por otro lado, la idea de la autonomía es que se pueda realizar ciertas cantidades de estudios sin necesidad de recargar, pero el equipo no estará funcionando mas de 5 horas corridas, entonces, se podrá recargar entre estudios. Además, esta pequeña modificación permitirá ofertar detectores con mayor resolución y de mejor calidad, lo cual es muy importante dentro de los equipos de diagnósticos por imágenes.	05-11-2020	23:51:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "detector con batería recargable con autonomía de hasta 5 horas o mas durante su uso regular"	18-11-2020	16:45:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Rotación del soporte de la columna de $\pm 150^\circ$ o mayor. SOLICITAMOS que la convocante aclare si se refiere a una rotación total de 150 grados, ya que no se justifica que se solicite rotación mayor a $\pm 90^\circ$ (total de 180°). Sugerimos a la convocante que la rotación de la columna sea de $\pm 90^\circ$ o mayor, ya que un ángulo mayor solo beneficiaría a una marca (o empresa) y no dará ningún beneficio en los estudios de los pacientes, porque la calidad de la imagen no depende este parámetro, lo único provocaría es la limitación de ofertas de equipos de mayor calidad y de mejor resolución.	06-11-2020	00:09:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "rotación del soporte de la columna de $+90$ grados o mayor".	18-11-2020	16:46:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS amablemente a la convocante que modifique este parámetro, ya que el rango típico de mAs para un generador de 50 kW es de 0.1 a 630 mAs, sugerimos esta modificación para evitar que la misma este orientado o direccionado para una marca en particular, ya que actualmente se encuentra dirigida. Nuestra solicitud es en honor a la transparencia y la igualdad de condiciones para todos los oferentes.	06-11-2020	00:18:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:49:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 2.1 Solicitan: Brazo porta-tubo contrabalanceado o articulado con rotación de $+90/-90^\circ$ o mayor y altura máxima de foco de 205cm o mayor Solicitamos permitan cotizar equipos con: altura máxima de foco de 202 cm	06-11-2020	00:24:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "brazo porta-tubo contrabalanceado o articulado con rotación de $+90/-90^\circ$ o mayor y altura máxima de foco de 202 cm o mayor"	18-11-2020	16:48:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 3.5 Solicitan: Tiempo de exposición mínimo de 1ms o menor Solicitamos permitan cotizar equipos con: Tiempo de exposición mínimo de 2ms	06-11-2020	00:25:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:50:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

*En el punto 3.6 Solicitan: Tiempo de exposición máximo de 3s o mayor Solicitamos permitan cotizar equipos con: Tiempo de exposición máximo de 2.8 s o mayor	06-11-2020	00:26:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "tiempo de exposición máximo de 4s o menos".	18-11-2020	16:48:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 5.11 Solicitan: Detector con batería recargable con autonomía de hasta 6 horas o más durante uso regular Sugerimos soliciten: Detector con batería recargable con autonomía de hasta 340 imágenes con carga completa.	06-11-2020	00:26:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "detector con batería recargable con autonomía de hasta 5 horas o mas durante su uso regular"	18-11-2020	16:49:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 2.2 Solicitan: Ancho de la superficie de la mesa de 75cm o más De manera a permitir realizar estudios a un mayor rango de pacientes, sugerimos soliciten: Ancho de la superficie de la mesa de al menos 90cm.	06-11-2020	00:27:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:50:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 2.3 Solicitan: Longitud de la superficie de la mesa de 210cm o más Sugerimos soliciten Longitud de la superficie de la mesa de al menos 215cm	06-11-2020	00:27:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "la longitud de la superficie de la mesa del paciente sea de al menos 220cm o mayor".	18-11-2020	16:50:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 2.4 Solicitan: Soporta pacientes de hasta 250kg o mayor De manera a permitir realizar estudios a un mayor rango de pacientes, sugerimos soliciten: Capacidad de realizar estudios a pacientes de al menos 295 kg.	06-11-2020	00:27:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:50:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 2.5 Solicitan: Movimiento longitudinal de ± 32 cm o mayor Sugerimos soliciten Movimiento longitudinal de al menos ± 40.5 cm	06-11-2020	00:28:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "2 movimientos longitudinales de la superficie de la mesa del paciente de ± 42 cm o mayor".	18-11-2020	16:51:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 2.6 Solicitan: Movimiento transversal de ± 12 cm o mayor Sugerimos soliciten Movimiento transversal de al menos ± 14.5 cm	06-11-2020	00:28:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:51:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando las otras especificaciones técnicas requeridas para el tubo, la capacidad calorífica típica del ánodo es de 300 KHU, con la solicitud de 320 KHU se podría entender que se quiere limitar la cantidad de oferente. Además, cada fabricante estipula la capacidad calorífica segura para cada determinado tubo, de acuerdo a las características técnicas de las mismas. Sugerimos esta modificación a modo de evitar direccionamiento o algún tipo de ventaja hacia alguna marca.	06-11-2020	00:28:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:51:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 2.7 Solicitan: Distancia foco-detector de 115cm o superior Solicitamos permitan cotizar equipos con: Distancia foco-detector de 115 ± 1 cm, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes	06-11-2020	00:28:46

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "distancia foco-detector de 115+-1cm"	18-11-2020	16:52:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 3.1 Solicitan: Rango de recorrido longitudinal de 150cm o mayor Sugerimos soliciten Rango de recorrido longitudinal de al menos 180cm.	06-11-2020	00:29:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "movimiento longitudinal de al menos 220 cm o mayor".	18-11-2020	16:53:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 3.2 Solicitan: Rango de recorrido vertical de 140cm o mayor Sugerimos soliciten Rango de recorrido vertical de 152 cm o mayor	06-11-2020	00:29:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:52:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 3.3 Solicitan: Rotación del soporte de la columna de $\pm 150^\circ$ o mayor Solicitamos permitan cotizar equipos con Rotación del soporte de la columna de $\pm 90^\circ$.	06-11-2020	00:30:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se modifica a "rotación del soporte de la columna de +-90 grados o mayor".	18-11-2020	16:54:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 3.4 Solicitan: Rango de rotación del tubo de Rayos X de $\pm 125^\circ$ o mayor Sugerimos soliciten Rango de rotación del tubo de Rayos X de $\pm 135^\circ$ o mayor	06-11-2020	00:30:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:52:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 4.1 Solicitan: Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 170cm o mayor, manual o motorizado. Solicitamos permitan cotizar equipos con Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 150cm o mayor, manual o motorizado.	06-11-2020	00:30:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:52:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 5.2 Solicitan: Potencia del generador de 50kW o mayor Sugerimos soliciten Potencia del generador de al menos 65kW	06-11-2020	00:31:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:53:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 5.3 Solicitan: Rango de KV de 40KV o menos a 140KV o más Sugerimos soliciten Rango de KV de al menos 40KV o menos a 150KV o más	06-11-2020	00:31:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "rango de kv de 40 kv o menos a 150 kv o mas".	18-11-2020	16:55:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 5.4 Solicitan: Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 700mAs o más Sugerimos soliciten Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 800mAs o más	06-11-2020	00:31:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:53:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 5.5 Solicitan: Frecuencia del generador de 80kHz o mayor Sugerimos soliciten Frecuencia del generador de al menos 240 kHz.	06-11-2020	00:32:10

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:53:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 6.2 Solicitan: Capacidad calórica del ánodo de 320kHU o mayor Sugerimos soliciten Capacidad calórica del ánodo de al menos 400 kHU	06-11-2020	00:32:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:54:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 6.3 Solicitan: Capacidad calórica de la carcasa del tubo de 1100kHU o mayor Sugerimos soliciten Capacidad calórica de la carcasa del tubo de al menos 1330kHU.	06-11-2020	00:33:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:54:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 6.4 Solicitan: Puntos focales: foco fino 0,6mm o menor / foco grueso 1,1mm o mayor Sugerimos soliciten Puntos focales: foco fino 0,6mm o menor / foco grueso 1,2 mm o mayor	06-11-2020	00:33:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:54:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 6.5 Solicitan: Rotación del colimador de $\pm 45^\circ$ o superior, manual Sugerimos soliciten Rotación del colimador de $\pm 180^\circ$ o superior.	06-11-2020	00:33:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:55:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 7.4 Solicitan: Matriz del detector de 2350 x 2850 o superior Solicitamos permitan cotizar equipos con Matriz del detector de 2304 x 2800 o superior	06-11-2020	00:34:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:55:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 7.5 Solicitan: Tamaño de píxel de 160 micras o menor Solicitamos permitan cotizar equipos con Tamaño de píxel de 150 micras o menor	06-11-2020	00:34:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "el detector del equipo debe presentar un tamaño de píxel de 145 micras o menor".	18-11-2020	16:56:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 7.11 Solicitan: Detector con batería recargable con autonomía de hasta 6 horas o más. Sugerimos soliciten: Detector con batería recargable con autonomía de hasta 585 imágenes con carga completa.	06-11-2020	00:34:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "detector con batería recargable con autonomía de hasta 5 horas o mas durante su uso regular".	18-11-2020	16:57:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 8.9 Solicitan: Posibilidad de conexión a una red DICOM con las siguientes licencias habilitadas: DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Print, DICOM Query/Retrieve, DICOM MPPS, DICOM Worklist Solicitamos excluir la opción de DICOM MPPS, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	06-11-2020	00:35:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:55:47
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS amablemente que la convocante modifique este parámetro a 5 horas o mas, ya que esta modificación no representará una alteración en el funcionamiento correcto del detector o la calidad de la adquisición de las imágenes, por lo contrario, permitirá que se pueda ofertar mejores detectores con mayor resolución, lo cual si es muy importante para la calidad de la imagen adquirida. Además, los detectores no estarán funcionando mas de 5 horas seguidas ya que no hay estudio que pueda llevar esa cantidad de tiempo, lo que significa que la batería se puede recargar entre cada paciente o estudio	06-11-2020	00:41:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "detector con batería recargable con autonomía de hasta 5 horas o mas durante su uso regular".	18-11-2020	16:57:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2.7 donde dice Profundidad de 70 cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Profundidad de 65cm o más, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	06-11-2020	00:46:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se modifica el punto a "profundidad de 65 cm o mas".	18-11-2020	16:58:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante eliminar o en todo caso considerar como opcional el ítem 3.1 donde dice Disco Duro de 1 TB o más ya que en el ítem 3.2 donde dice Capacidad de almacenamiento de 100.000 imágenes o más se encuentra señalado la capacidad de almacenamiento deseado por la convocante. El tamaño del disco o dispositivo de almacenamiento varia de un fabricante a otro, pudiendo tener valores de 500 GB incluso, ya que esta relacionado con el algoritmo de compresión de datos de cada fabricante, y con el ítem 3.2 se encuentra mas que claro lo que desea obtener en almacenamiento, además de esta manera se da apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	06-11-2020	00:46:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se modifica el punto a "disco duro de 500 GB o mejor".	18-11-2020	16:59:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.5 donde dice Rango de corriente de fluoroscopia continúa de 1 mA o menos a 10 mA o más. solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Rango de corriente de fluoroscopia continúa de 1 mA o menos a 6 mA o más, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	06-11-2020	00:48:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "rango de corriente de fluoroscopia continua de 1 mA o menos a 7 mA o mas".	18-11-2020	17:00:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.6 donde dice Rango de corriente de fluoroscopia pulsada de 5 mA o menos a 20 mA o más. solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Rango de corriente de fluoroscopia pulsada de 5 mA o menos a 6 mA o más, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	06-11-2020	00:48:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "rango de corriente de fluoroscopia continua de 1 mA o menos a 7 mA o mas".	18-11-2020	17:01:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.6 donde dice Rango de corriente de fluoroscopia pulsada de 5 mA o menos a 20 mA o más. solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Rango de corriente de fluoroscopia pulsada de 3 mA o menos a 4 mA o más, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	06-11-2020	00:48:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "rango de corriente de fluoroscopia pulsada de 5 mA o menos a 15 mA o mas".	18-11-2020	17:02:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.7 donde dice Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 55.000 HU o más. solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 45.000 HU o más, y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes, atendiendo a la disponibilidad actual de los fabricantes a nivel mundial de producción de equipos.	06-11-2020	00:49:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Se aclara "capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 50.000 HU".	18-11-2020	17:02:50

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.8 donde dice Capacidad de fluoroscopia ininterrumpida de 30 min o más. solicitamos amablemente a la convocante que este ítem sea opcional, siendo que el único fabricante que cuenta con esta característica ficticia es Siemens en su catalogo comercial, siendo además que para la aplicación que se dará a los equipos, el tiempo de exposición no duraría mas de 5 min para pacientes con Covid, esa cantidad de tiempo es usual en estudios especializados de hemodinamia en donde se utiliza otro tipo de equipos como lo es la angiografía. Con esta especificación claramente se entiende que esta licitación millonaria está dirigida a un solo proveedor que es Elizeche, por favor no dejarse llevar por características que no hacen la realidad de la aplicación que se le dará a los equipos y direccionar las especificaciones técnicas, totalmente en contra a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas. Solicitamos a la convocante reveea este ítem y lo considere o ajuste a la realidad del uso que se dará a los equipos.	06-11-2020	00:49:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. Atendiendo a que los equipos deben estar preparados para realizar una diversidad de procedimientos generales, se aclara el punto a "capacidad de fluoroscopia ininterrumpida de 20 min."	18-11-2020	17:04:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.2 donde dice Doble campo solicitamos amablemente a la convocante mejorar lo solicitado a Tres Campos, considerando el tipo de aplicación que se dará a los equipos, en pacientes con COVID. Al tener 3 campos de visión se tiene cobertura en imagen a toda la anatomía del pulmón o caja torácica por ejemplo. Dando mayor foco al tipo de uso que se tendrá con esta inversión millonaria del Ministerio de Salud. Todos los fabricantes poseemos esta característica y en este caso no justifica que se limite a que el fabricante Siemens pueda competir en ventaja con su modelo de equipo más barato y de bajas prestaciones, resultando en un perjuicio para todos los paraguayos.	06-11-2020	00:49:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado del PBC. Los campos de entrada se refieren a los niveles de zoom exigidos, no al rango de cobertura que está determinado por el tamaño de intensificador solicitado.	18-11-2020	17:05:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.2 donde dice Adquisición de imágenes con frecuencias de 25 imágenes por segundo o más. solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Adquisición de imágenes con frecuencias de 7 imágenes por segundo o más, ya que es sabido que de 25-30 imágenes por segundo se utilizan para procedimientos cardiológicos por movimientos del corazón. NO esta demostrado que COVID sea causante de infartos o enfermedades de las arterias coronarias. Para este tipo de pedidos además, es necesario una infraestructura compleja, tal cual se tiene en las salas de hemodinamia. Este parámetro solicitado encarece el equipo, no se encuentra reflejado en el precio referencial y además no será para el fin de aplicación de esta compra. Por lo expuesto exhortamos a la convocante rever este ítem ajustándose al uso que se dará a los equipos.	06-11-2020	00:50:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a requerido en el PBC. Los equipos deben estar preparados para realizar una diversidad de procedimientos generales.	18-11-2020	17:05:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.3 donde dice Guardado de todas las imágenes, cada enésima imagen. solicitamos amablemente a la convocante que este ítem sea opcional, puesto que es una característica de Siemens. Los equipos permiten almacenar la imagen de manera manual. Entonces sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Guardado de todas las imágenes, de forma manual o cada enésima imagen.	06-11-2020	00:50:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 02. Se aclara guardado de todas las imagenes, de forma manual o cada enesima imagen	18-11-2020	17:06:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.10 donde dice Capacidad de realizar sustracción digital de imágenes para adquisiciones con medio de contraste y posibilidad de realizar Roadmap solicitamos amablemente a la convocante considere que este parámetro NO es indispensable para COVID, esto se daría en otra practicas para su mejor visualización en estudios especializados, tales como los realizados con equipos de angiografía o salas de hemodinamia, además por el conjunto de especificaciones solicitadas correspondería pedir un equipo con mucho mas potencia, de al menos 3.5 kW como mínimo. Esto, claramente vemos que se encuentra direccionado a la marca Siemens con su modelo Cios Select, ya que es una estrategia comercial que utilizan y lo colocan en sus catálogos, siendo que no se puede lograr al nivel que se espera. Por favor, rever este ítem como opcional o en todo caso rever todos los ítems para que se pueda competir en igualdad de condiciones.	06-11-2020	00:50:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 02. Se elimina el requerimiento Capacidad de realizar sustraccion digital de imagenes para adquisiciones con medio de contraste y posibilidad de realizar Roadmap	18-11-2020	17:06:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 10.1 donde dice Impresora de papel térmico para documentar imágenes rápida y económicamente solicitamos amablemente a la convocante que este ítem sea opcional ya que las imágenes o estudios realizados podrían ser almacenadas en dispositivos CD/DVD/USB como lo solicitado en otro ítem, además al mencionar economía entiéndase que el papel de estas impresoras son especiales y dejan dependencia tecnológica, y no representa el ahorro de dinero. La tendencia mundial es el almacenamiento de las imágenes en medios como el CD/DVD o USB, incluso otros como el PACS, donde no se pierde información valiosa. Este periférico representa un costo, que de acuerdo a nuestra experiencia y a lo que se ve en nuestros hospitales no se utiliza. Por este motivo solicitamos que la impresora sea considerado opcional.	06-11-2020	00:51:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 02. Se elimina el requerimiento Impresora de papel termico para documentar imagenes	18-11-2020	17:07:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS a la convocante que modifique este parámetro, ya que considerando las demás especificaciones técnicas del generador y el tubo, se puede decir que los rangos típicos para estas características son de 1 mA a 8 mA. Para evitar el direccionamiento hacia alguna marca y que todos los oferentes puedan competir en condiciones igualitarias sugerimos que el siguiente rango mA para fluoroscopia continua: 1 mA o menor a 8 mA o mayor.	06-11-2020	00:56:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 02. Se aclara Rango de corriente de fluoroscopia continua de 1 mA o menos a 7 mA o mas	18-11-2020	17:07:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS a la convocante que modifique este parámetro, ya que considerando las demás especificaciones técnicas del generador y el tubo, se puede decir que los rangos típicos para estas características son de 5 mA a 14 mA. Para evitar el direccionamiento hacia alguna marca y que todos los oferentes puedan competir en condiciones igualitarias sugerimos el siguiente rango mA para fluoroscopia pulsada: 5 mA o menor a 14 mA o mayor.	06-11-2020	00:59:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 02. Se modifica el punto a Rango de corriente de fluoroscopia pulsada de 5 mA o menos a 15 mA o mas	18-11-2020	17:08:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que permita realizar entregas parciales, teniendo en cuenta la situación actual a nivel mundial por causa de la pandemia del COVID 19, se vuelve muy complicado coordinar los transportes y además, sin mencionar que las fabricas se encuentran totalmente saturadas con líneas de producción trabajando casi 24 hs diarias para cubrir la alta demanda a nivel mundial de estos equipos. Solicitamos que la convocante considere extender los plazos de entregas a por los menos 60 a 90 días con posibilidad de entregas parciales,	06-11-2020	01:08:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ídem 36. Se aclara Plan de Entregas: Hasta 60 (sesenta) días contados a partir de la recepción de la Orden de Compra.	18-11-2020	17:08:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que permita realizar entregas A 90/120 días, teniendo en cuenta la situación actual a nivel mundial por causa de la pandemia del COVID 19, se vuelve muy complicado coordinar los transportes y además, sin mencionar que las fabricas se encuentran totalmente saturadas con líneas de producción trabajando casi 24 hs diarias para cubrir la alta demanda a nivel mundial de estos equipos. Solicitamos que la convocante considere extender los plazos de entregas a lo solicitado	06-11-2020	07:53:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ídem 36. Se aclara Plan de Entregas: Hasta 60 (sesenta) días contados a partir de la recepción de la Orden de Compra.	18-11-2020	17:08:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que especifique exactamente donde serán instalados los equipos. Esta información es de vital importancia para contemplar dentro de los costos.	06-11-2020	07:55:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo requerido en el PBC.	18-11-2020	15:56:29

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: FALCON COM. & IND. S.A. - RUC: 80010835-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508006503	Póliza	PATRIA S.A.	25-11-2020	25-11-2020	24-05-2021
Oferente: Consorcio Sumi - RUC: 80109965-0					
Oferente: Consorcio Sumi - RUC: 80109965-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508006499	Póliza	SEGUROS PATRIA	24-11-2020	25-11-2020	24-05-2021
Empresas del Consorcio					
RUC	Razón Social				
80068800-7	SUMI SOCIEDAD ANONIMA				
990840-4	SUMI SCIENTIFIC				
Oferente: LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508017471	Póliza	ASEPASA	24-11-2020	26-11-2020	26-04-2021
Oferente: DEZETA S.A - RUC: 80019208-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
1508005354	Póliza	El Sol del Paraguay	25-11-2020	26-11-2020	24-06-2021
Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508017466	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	24-11-2020	26-11-2020	26-05-2021
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6
1508006508	Póliza	Patria S.A. de Seguros y Reaseguros	25-11-2020	25-11-2020	03-07-2021

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	41111808-002	Equipo de rayos X portatil				30	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENTERS	ALLENTERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 32 DR.	INDIA	EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL DIGITAL	736.808.000	22.104.240.000
Consorcio Sumi - 80109965-0	SHIMADZU	SHIMADZU CORPORATION	MOBILE DART EVOLUTION	JAPON	Equipo de rayos X portátil	984.715.433	29.541.462.990
DEZETA S.A - 80019208-7	DRGEM	DRGEM Corporation	TOPAZ-D	Corea del Sur	Equipo de rayos X movil motorizado	600.000.000	18.000.000.000

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens Healthineers	Siemens Healthineers	Mobillet Elara	Alemania	Equipo de rayos X portatil	1.020.000.000	30.600.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VILLA SISTEMI MEDICALI	VILLA SISTEMI MEDICALI SPA	VISITOR T30M-DR	ITALIA	Equipo de rayos X portatil	878.762.167	26.362.865.010

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	41111808-001	Equipo de rayos X fijo					20
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 50+	INDIA	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	858.039.000	17.160.780.000
Consorcio Sumi - 80109965-0	SHIMADZU	SHIMADZU CORPORATION	RAD SPEED PRO MF	JAPON	Equipo de rayos X fijo	1.080.905.313	21.618.106.260
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens Healthineers	Siemens Healthineers	Multix Impact	Alemania	Equipo de rayos X fijo	1.560.000.000	31.200.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DK MEDICAL SYSTEMS	DK MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	INNOVISION-EXII	KOREA	Equipo de rayos X fijo	1.023.349.950	20.466.999.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	41111808-9993	Equipo de rayos X arco en C - Portatil					30
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF59 PLUS	INDIA	EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C PORTATIL	590.647.000	17.719.410.000
Consorcio Sumi - 80109965-0	SHIMADZU	SHIMADZU CORPORATION	OPESCOPE ACTENO	JAPON	Equipo de rayos X arco en C - Portatil	827.044.218	24.811.326.540
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	Brivo Essential	China	Arco en C	566.666.666	16.999.999.980
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens Healthineers	Siemens Healthineers	Cios Select	Alemania	Equipo de rayos X arco en C - Portatil	507.000.000	15.210.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DK MEDICAL SYSTEMS	DK MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	PROSTAR	KOREA	Equipo de rayos X arco en C - Portatil	704.441.900	21.133.257.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Equipo de rayos X portatil				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	12.290.000.000	26-11-2020	08:34:06.307	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9bfdea1a9012535f7141b29476fb1dfd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	12.330.000.000	26-11-2020	08:33:28.329	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0902a1085e075bb2678cfb797cb4079	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	12.500.000.000	26-11-2020	08:33:26.030	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82efdd52132c741e51a60535e80c0f33	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	12.750.000.000	26-11-2020	08:33:19.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10b2ada26c21225b5060f1f0068f5271	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	12.800.000.000	26-11-2020	08:33:12.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2570ff5870c2716cc79d05366f6f3537	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	12.900.000.000	26-11-2020	08:33:09.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef5ebf11a97ccfce1a0e59f7fc34cfe	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	13.000.000.000	26-11-2020	08:32:56.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec7f03ec89bc7b356963eb47e5e6eeeb	

Listado General de todas las Ofertas

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	13.300.000.000	26-11-2020	08:32:54.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b1bbdf740ee39994c8b30d3e5da08c5	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	13.500.000.000	26-11-2020	08:32:43.118	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	712942adb96af78a9d432fdea4074bdb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	13.500.000.000	26-11-2020	08:32:45.947	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f5dd7b696f9fa48d4f9f4f351e2268	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	13.800.000.000	26-11-2020	08:32:34.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc9914918d121c28cf4a34c3533f06b6	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	14.000.000.000	26-11-2020	08:32:21.135	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	877057d01a5c83ee6bc55423652391b7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	14.000.000.000	26-11-2020	08:32:23.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6939500bb22e0c8e810b2d024a3ef4cd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	14.300.000.000	26-11-2020	08:32:10.471	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cc7e873b844fff3298b92753eba70c6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	14.500.000.000	26-11-2020	08:32:00.090	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a26bcc0873a5c163f2a1e989e17fecff	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	14.500.000.000	26-11-2020	08:32:01.049	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83f5f8c9decafa0f013d693800309174	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	14.800.000.000	26-11-2020	08:31:51.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7c1347a600e4375598f96d958d40a0c	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	15.000.000.000	26-11-2020	08:31:40.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a513b3b594a8d9de726a87a920f54d0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	15.050.000.000	26-11-2020	08:31:43.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19b6bb6f3b8acbf9843a232fe7b60f2d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	15.100.000.000	26-11-2020	08:31:32.861	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0822ff7b1841318701e607c93c960a7a	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	15.300.000.000	26-11-2020	08:31:17.204	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c4e9e14db05c71c4020fed7672fe4ef	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	15.380.000.000	26-11-2020	08:31:24.028	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7490087c5a23216e49e1080d1fb97b63	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	15.400.000.000	26-11-2020	08:31:14.081	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f83519dac3842a1efec607d59d9b9451	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	15.500.000.000	26-11-2020	08:31:02.075	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b413b889f761ae3acf73763f7b25d650	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	15.500.000.000	26-11-2020	08:31:05.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efc6c7b4d3a483b49d1ab2b0a5c742a9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	15.650.000.000	26-11-2020	08:30:55.843	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	824563d693d6f8105f0e734d0a3d8327	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	15.700.000.000	26-11-2020	08:30:39.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b32ed1a8a83fa4050c7506febfeac0c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	15.860.000.000	26-11-2020	08:30:45.285	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdf2018f9ad12a411c24d87e6340bada	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	15.890.000.000	26-11-2020	08:30:32.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f6647381a1d9054f348bb865a19d6d6	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	15.900.000.000	26-11-2020	08:30:17.673	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ade1a66cf33eb0a0f0df004835f311d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	16.030.000.000	26-11-2020	08:30:18.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5120c2d7d7798d817f9c3b9f0c3b5e6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	16.080.000.000	26-11-2020	08:30:09.369	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ef2a78816a4bc52d93efc0fab3d1e16	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	16.100.000.000	26-11-2020	08:29:56.237	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05d2cebae35bd7f8aa6327d75ef069d5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	16.270.000.000	26-11-2020	08:30:00.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2fe4bcf6c81e381a08a84b6705cacf23	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	16.290.000.000	26-11-2020	08:29:51.008	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a412c06d8a96b12548f8a91b89841c85	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	16.300.000.000	26-11-2020	08:29:37.405	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28fae0d454fcc6ab65b3a5029a56d59	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	16.475.000.000	26-11-2020	08:29:30.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	951386db732cb519d28fd03db3b61cfa	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	16.500.000.000	26-11-2020	08:29:17.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a500dbc5e14bf1817d148ce2c3b0db41	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	16.625.000.000	26-11-2020	08:29:20.213	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d08f91342436981d5bd911840e1ff2d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	16.680.000.000	26-11-2020	08:29:06.439	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	643bdc3e09c966932528d5e04732315b	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	16.700.000.000	26-11-2020	08:28:56.209	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecff9a0df7a88d41e676144f73c955af	
DEZETA S.A. - 80019208-7	16.800.000.000	26-11-2020	08:29:00.200	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	adff97de2eb0ced3a42d7b968941c1c5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	16.900.000.000	26-11-2020	08:28:43.465	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90b1e2951d075f39322be992b5142fe4	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	17.000.000.000	26-11-2020	08:28:25.461	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aebc0c6a47d53e1b108f23a98d0ff0f4	
DEZETA S.A. - 80019208-7	17.800.000.000	26-11-2020	08:28:47.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27e9e50e6d2f0b20fff6d4e8e4096706	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	17.925.000.000	26-11-2020	08:28:29.412	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edf904cbcb189097fed93ab1ad8be6f1	
DEZETA S.A. - 80019208-7	17.930.000.000	26-11-2020	08:28:17.229	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28b2fa54bff92cc8c9ca5d297f5f16cc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	17.990.000.000	26-11-2020	08:27:56.156	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8d235e270a298e4c690d779d884432f	
DEZETA S.A. - 80019208-7	18.000.000.000	26-11-2020	08:00:31.775	Propuesta
		Código Verificador:	2787c6ad72c080a2f18e11c7a7e2bb7b	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	22.104.240.000	26-11-2020	08:00:31.766	Propuesta
		Código Verificador:	d85fd8eadfcc6ee69be349f3ddf9d09b	
Consorcio Sumi - 80109965-0	25.000.000.000	26-11-2020	08:27:27.240	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08088875c26aea9c9672a4038f66ce7d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	26.362.865.010	26-11-2020	08:00:31.783	Propuesta
		Código Verificador:	63c02734aea018ac425a8ece6a417a78	
Consorcio Sumi - 80109965-0	29.541.462.990	26-11-2020	08:00:31.763	Propuesta
		Código Verificador:	b98ad815f3bde31dc7dfdfabe5cbe5d4	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	30.600.000.000	26-11-2020	08:00:31.765	Propuesta
		Código Verificador:	f9882658896bfd897035f0e736548b6e	

2 - Equipo de rayos X fijo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	13.000.000.000	26-11-2020	08:55:52.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c63a43afde037a6b8d14f9ed0a873db7	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	13.180.000.000	26-11-2020	08:58:56.282	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bcc06fac4bb7d5d0ad2722725a05dc9b	
Consorcio Sumi - 80109965-0	13.280.000.000	26-11-2020	08:56:21.605	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee3ba2375134f44986637e6892bb6a17	
Consorcio Sumi - 80109965-0	13.300.000.000	26-11-2020	08:56:03.090	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c08b9ac9fea3ea2abd0d664d6056fdb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	13.350.000.000	26-11-2020	08:55:40.896	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92abaabc98a47ec92de301d59a51a83e	
Consorcio Sumi - 80109965-0	13.550.000.000	26-11-2020	08:55:38.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	334250023b7cf42ded4ec3ddeb09260	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	13.600.000.000	26-11-2020	08:55:16.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	140421d6dd5974d89fa78d1d2e2288c0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	13.900.000.000	26-11-2020	08:55:04.152	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61ddd936942f8f87c88492c5db0434c	
Consorcio Sumi - 80109965-0	14.000.000.000	26-11-2020	08:55:00.771	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9786ad3f610261f3b5c3996c0bd8e4e9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	14.150.000.000	26-11-2020	08:54:16.798	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4585a6b78ce357542052259a6211e467	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	14.300.000.000	26-11-2020	08:54:23.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e9f12a84b31948580598bd113ee47cb	
Consorcio Sumi - 80109965-0	14.315.000.000	26-11-2020	08:54:25.749	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ab1bb27020fca22b8dfb38e4790e6bf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	14.320.000.000	26-11-2020	08:53:49.901	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8f1b035a1a88550af6c2af9437c7a8f	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	14.680.000.000	26-11-2020	08:53:41.860	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40dde874582fc0d92f0bc0ccee31838	
Consorcio Sumi - 80109965-0	14.685.000.000	26-11-2020	08:54:02.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	599d56d6a6f6cd54affb8727769c4e0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	14.690.000.000	26-11-2020	08:53:20.321	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f68bba1d17c4545d357481cfe13b290	
Consorcio Sumi - 80109965-0	14.800.000.000	26-11-2020	08:53:35.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96f6f30fd6a1a3ac259736f1289a7287	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	14.850.000.000	26-11-2020	08:53:10.720	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	802091cda834c91afb261bd299f507d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	15.000.000.000	26-11-2020	08:53:00.567	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	126258d52c3c480ec2d50bdd3ff7ac41	
Consorcio Sumi - 80109965-0	15.350.000.000	26-11-2020	08:53:05.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b34c1c76651a0b525801feae5cf100df	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	15.380.000.000	26-11-2020	08:52:50.781	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c32779bf60f2c2cd395d3904874a6920	
Consorcio Sumi - 80109965-0	15.400.000.000	26-11-2020	08:52:52.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc21ea3366a544984ed356d4603ecaf8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	15.430.000.000	26-11-2020	08:52:29.148	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	953096b03e158b7e979059711f45a0e1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	15.650.000.000	26-11-2020	08:52:19.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11f491d0fbfdba34a363acc2ea9a773f	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	15.850.000.000	26-11-2020	08:52:27.941	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8135dccbb805db17b0ad33e22788a52	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	15.900.000.000	26-11-2020	08:52:06.178	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1598859bc4937a4802b233b34c298065	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	15.900.000.000	26-11-2020	08:52:16.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc9e12e5c24c32201eb0df5a2e3811bb	
Consorcio Sumi - 80109965-0	15.900.000.000	26-11-2020	08:52:24.001	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28294ffd44d2b948636064bfbdede09c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	16.000.000.000	26-11-2020	08:51:55.679	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11a7d33b0b17d153314ecc3185fd9706	
Consorcio Sumi - 80109965-0	16.000.000.000	26-11-2020	08:52:05.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67901c93507f49b89e9a777508065c2b	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	16.100.000.000	26-11-2020	08:51:57.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76766426ba2e21c681c3bd1c2b69641a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	16.200.000.000	26-11-2020	08:51:46.871	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77f08506ff289bcfc09e7e546c50c482	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	16.300.000.000	26-11-2020	08:51:48.552	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64418c21b77db534039eaa41304294f9	
Consorcio Sumi - 80109965-0	16.300.000.000	26-11-2020	08:51:55.043	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1eeb68da01d33756ccd8fca4618acdd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	16.350.000.000	26-11-2020	08:51:34.474	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93673fc897532b8e947b206bd10722be	

Listado General de todas las Ofertas

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	16.400.000.000	26-11-2020	08:51:38.598	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79c2463cc0b5d762d97a99f01048d1b7	
Consorcio Sumi - 80109965-0	16.400.000.000	26-11-2020	08:51:43.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79b04f785a6a744239c2e4ea3bad3420	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	16.500.000.000	26-11-2020	08:51:25.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b16a5e7bbb36df33528be2e2bc483096	
Consorcio Sumi - 80109965-0	16.700.000.000	26-11-2020	08:51:32.164	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08616a1532d0edc6bed38a3d6019875d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	16.750.000.000	26-11-2020	08:51:11.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2c72dbed7a0fe07a8f55501812e14cb	
Consorcio Sumi - 80109965-0	16.800.000.000	26-11-2020	08:51:15.787	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b0each28f22b37dcb78881661ac9198	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	16.900.000.000	26-11-2020	08:50:31.401	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1262092dc90f1bf1b7a186dcd767b57	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	16.900.000.000	26-11-2020	08:51:18.423	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	381bec6705a35bf09ef5a954d485840	
Consorcio Sumi - 80109965-0	17.000.000.000	26-11-2020	08:49:53.887	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7b11de63e01e754489e8147dae14df8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	17.159.780.000	26-11-2020	08:43:08.052	Etapas de Puja
		Código Verificador:	914f6d54efe5d58f599def3c3ce5c31b	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	17.160.780.000	26-11-2020	08:00:32.038	Propuesta
		Código Verificador:	eddb07bceffa21d6e1bc5e55a1e6f7b8	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	19.500.000.000	26-11-2020	08:51:19.990	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c32200290088898f736c678af587b552	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	20.466.999.000	26-11-2020	08:00:32.041	Propuesta
		Código Verificador:	18bce6f7574425b91cda131360941fac	
Consorcio Sumi - 80109965-0	21.618.106.260	26-11-2020	08:00:32.034	Propuesta
		Código Verificador:	06c734faefc43871cf30fc18d99440da	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	31.200.000.000	26-11-2020	08:00:32.037	Propuesta
		Código Verificador:	b47deda0af28f0541a3f89e7e4107166	

3 - Equipo de rayos X arco en C - Portatil

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	11.100.000.000	26-11-2020	09:18:36.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a6dca913a8755b49aa567697916483a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	11.120.000.000	26-11-2020	09:18:18.054	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dcb3d7fb599d4c55e26615326c0f080d	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	11.300.000.000	26-11-2020	09:18:07.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7174c460befe95d26c325060618b49d7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	11.330.000.000	26-11-2020	09:17:59.198	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	044f36ec7cb7df05f11e22921beef7f9	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	11.600.000.000	26-11-2020	09:17:54.570	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6d3370f12a03ae6d67913a8f78f7d96	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	11.750.000.000	26-11-2020	09:17:43.496	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21459f5da03623699f270303fcf4dc4a	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	11.800.000.000	26-11-2020	09:17:38.809	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffab4f380d2c9d8bbf86ae015ddd8f856	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	11.900.000.000	26-11-2020	09:17:11.555	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1bb94c6e0022bef4d322c19911c31f48	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	12.100.000.000	26-11-2020	09:17:08.420	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3e18492e65e0ba0c7ae4881ec0d27f9	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	12.140.000.000	26-11-2020	09:17:13.112	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	909dd28b223540a84e7249805e2cf469	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	12.150.000.000	26-11-2020	09:16:20.873	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0eaf794e8dd781d1f6e0c56c7f027f70	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	12.150.000.000	26-11-2020	09:17:06.259	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	ee69bf492cd53f1f15e7f9459526708c	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	12.250.000.000	26-11-2020	09:16:47.766	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60b294205db5289053ee4f306378998b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	12.350.000.000	26-11-2020	09:16:01.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6b00b2ede59c299947614275be5824b	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	12.680.000.000	26-11-2020	09:15:57.591	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1cc27d1e4f3ea17cc67e4040bb61e60	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	12.700.000.000	26-11-2020	09:15:41.946	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86d7b0e9586efc7dea912857f88e6fc1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	13.000.000.000	26-11-2020	09:15:32.025	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36a9e950be31cc21caf6a28fa664cb94	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	13.200.000.000	26-11-2020	09:15:27.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71b910188ec237471303db2e384abec5	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	13.300.000.000	26-11-2020	09:15:21.891	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0dc4804a843e6e78c6e4c255c4a7613d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	13.450.000.000	26-11-2020	09:15:10.082	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ff3f6fb8a04c66f9eed3b7f8dc7b804	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	13.850.000.000	26-11-2020	09:15:07.381	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17f677c2c474abc472c9724d8b8e4045	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	13.900.000.000	26-11-2020	09:15:11.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ad09d1450efa62701cd83a6a3d5562e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	13.950.000.000	26-11-2020	09:14:51.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71b02338189142cb0a1f39b9fc344159	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	14.300.000.000	26-11-2020	09:14:43.343	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	587a775104ceea8b9530b49bdebeab4e5	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	14.430.000.000	26-11-2020	09:14:47.619	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbeb05070d217456d511181279d46212	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	14.450.000.000	26-11-2020	09:14:28.232	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a4348c9b15dced468531e9edec238be	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	14.500.000.000	26-11-2020	09:14:20.956	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e9d3810edb8dac5f151cf12bcb1c262	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	14.800.000.000	26-11-2020	09:14:20.582	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a000565940e1bb0f49164785b6eba6bc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	14.850.000.000	26-11-2020	09:13:06.555	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94cb8e6d80f23dab652996ace97105e3	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	15.200.000.000	26-11-2020	09:12:57.802	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21ecb54023301da0ff806c4f568c006e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	15.209.000.000	26-11-2020	09:05:51.245	Etapa de Puja
		Código Verificador:	89e8383b589f075986d14925d18d0b1c	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	15.210.000.000	26-11-2020	08:00:32.243	Propuesta
		Código Verificador:	78e13708bd284382fec97ff0aa941d0	
Consortio Sumi - 80109965-0	15.890.000.000	26-11-2020	09:15:58.643	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f577a6b2e229df5ecc8e81e35e31e4d1	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	15.900.000.000	26-11-2020	09:15:12.117	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57ba2349207ad4832d80ebff30ab443a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	16.999.999.980	26-11-2020	08:00:32.245	Propuesta
		Código Verificador:	92c7ae5696dd017b4a91d7127bbe4e0d	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	17.719.410.000	26-11-2020	08:00:32.244	Propuesta
		Código Verificador:	5fdb39e101822c7992d1f7e2d0fd464	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	21.133.257.000	26-11-2020	08:00:32.246	Propuesta
		Código Verificador:	5237c9584d9294c224e531296dbf3ae2	
Consortio Sumi - 80109965-0	24.811.326.540	26-11-2020	08:00:32.242	Propuesta
		Código Verificador:	ee312b703dc17e3d75d24cde872f22fb	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Equipo de rayos X portatil

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	12.290.000.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	12.500.000.000
DEZETA S.A - 80019208-7	16.800.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	22.104.240.000
Consortio Sumi - 80109965-0	25.000.000.000

2 - Equipo de rayos X fijo

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	13.000.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	13.180.000.000
Consortio Sumi - 80109965-0	13.280.000.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	19.500.000.000

3 - Equipo de rayos X arco en C - Portatil

Oferente	Mejor Precio
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	11.100.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	11.120.000.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	12.140.000.000
Consortio Sumi - 80109965-0	15.890.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	15.900.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80010835-3 - FALCON COM. & IND. S.A.

Item	Precio Ganador
3 - Equipo de rayos X arco en C - Portatil	11.100.000.000

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
1 - Equipo de rayos X portatil	12.290.000.000
2 - Equipo de rayos X fijo	13.000.000.000

Listado de Mensajes

1 - Equipo de rayos X portatil

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2020	08:10:19.507
Buenos días, comenzamos la Subasta.	26-11-2020	08:10:29.835
Señores esperamos mejores ofertas.	26-11-2020	08:11:37.364
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2020	08:13:04.641
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2020	08:20:27.327
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2020	08:26:27.368
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2020	08:35:58.515
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2020	08:35:58.589

2 - Equipo de rayos X fijo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2020	08:36:15.587
Continuamos con la Subasta.	26-11-2020	08:36:26.331
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2020	08:37:39.052
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2020	08:37:43.158
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2020	08:49:08.117

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2020	08:58:56.407
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2020	08:58:56.602

3 - Equipo de rayos X arco en C - Portatil

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2020	08:59:55.421
Continuamos con la Subasta.	26-11-2020	09:00:11.249
Señores esperamos mejores ofertas.	26-11-2020	09:01:40.827
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2020	09:05:19.118
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2020	09:05:22.822
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2020	09:11:51.296
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2020	09:18:37.753
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2020	09:18:37.835

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.