

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 386188

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:49 del día 10/11/2020, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 386188 - ADQUISICIÓN DE VENTILADOR PULMONAR PARA U.T.I. Y MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA NEFROLOGÍA de la Institución:

Código Verificador: 746c2e82758351e43502aed20636005a

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio del Interior
UOC:	Policia Nacional
Código SICP:	1050

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante que se pueda presentar facturas y/o contratos de servicios y/o provisión de equipos médicos que demuestre la experiencia, y que el monto mínimo sea equivalente al 25% del monto total de la ofertado. Esto permitirá la mayor cantidad de oferentes posibles y dotará a la institución la posibilidad de adquirir mejores equipos con precios mas competitivos.		24-10-2020	16:22:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita que el oferente, demuestre tener experiencia en ventas de equipos médicos de por lo menos 50% sobre el monto total de su oferta, teniendo en cuenta que es una licitación de gran envergadura y que existen en el mercado varias empresas que cumplen con este criterio. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		30-10-2020	12:52:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante que se pueda presentar facturas y/o contratos de servicios y/o provisión de equipos médicos que demuestre la experiencia, y que el monto mínimo sea equivalente al 25% del monto total de la ofertado. Esto permitirá la mayor cantidad de oferentes posibles y dotará a la institución la posibilidad de adquirir mejores equipos con precios mas competitivos.		24-10-2020	16:23:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita que el oferente, demuestre tener experiencia en ventas de equipos médicos de por lo menos 50% sobre el monto total de su oferta, teniendo en cuenta que es una licitación de gran envergadura y que existen en el mercado varias empresas que cumplen con este criterio. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		30-10-2020	12:53:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos amablemente que se pueda presentar Registro Sanitario definitivo o la mesa de entrada del documento de inicio del tramite, teniendo en cuenta que la resolución DNVS DG Nro 012/2020 establece de manera excepcional la importación, comercialización y distribución de equipos médicos que hayan iniciado el tramite hasta el 31 de diciembre del presente año.		24-10-2020	16:41:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se realizarán las modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones.		30-10-2020	12:54:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos amablemente a la convocante que se pueda presentar la copia simple de la mesa de entrada del documento de inicio de tramite, teniendo en cuenta la resolución DNVS DG Nro 012/2020 que permite la comercialización e importación de equipos médicos que hayan iniciado el tramite de registro.	24-10-2020	16:45:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se realizarán las modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	12:55:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante que se pueda ofertar equipos con certificados del Mercosur como ANMAT y/o ANVISA, ya que existen fabricantes (en el Mercosur) de ventiladores pulmonares de muy buena calidad y con vasta experiencia y de reconocimiento internacional. Además, esto permitirá que se pueda presentar la mayor cantidad de oferentes posibles y dotará a la institución la capacidad de adquirir equipos muy buenos a precios muy competitivos	24-10-2020	17:10:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con el fin de asegurar la calidad de los bienes a ser adquiridos y debido a que el mismo ítem de este llamado se refiere a alta complejidad, se pide que los equipos se adecuen a las normas de calidad específicas FDA y CE o al menos que cumpla con una de ellas. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	12:56:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante que modifique el limite superior del flujo inspiratorio a 200 l/min o superior, teniendo en cuenta que este parámetro es estándar en la mayorías de los ventiladores pulmonares de las diversas marcas, además, los valores superiores a 200 l/min comúnmente no son utilizados, la modificación de este parámetro evitará que se limite la cantidad de participantes, y permitirá a la institución adquirir equipos de mayor calidad con precios mas económicos, lo cual representará un ahorro para dicha institución.	24-10-2020	17:25:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se considera que el límite superior mínimo que se solicita sea de 250 (l/min) ya que se busca compensar el mayor valor (l/min) de fugas que pueda existir en el circuito respiratorio. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	12:57:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que modifique el limite inferior de dicho parámetro, ya que por lo general el limite inferior debe ser un valor negativo. Recomendamos que el limite inferior sea de -10 cmH ₂ O o menor.	24-10-2020	17:32:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El valor negativo solamente se refiere a la dirección del flujo que es interpretada por el microprocesador del ventilador pulmonar a través del sensor que utiliza para medir dicho parámetro. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	12:58:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la convocante aclare si se refiere a la Pausa Inspiratoria y Espiratoria manual, y hasta cuantos segundos	24-10-2020	17:40:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, lo cual permitiría que equipos con menores prestaciones que las necesarias en el hospital puedan ser adjudicados. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	12:59:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que aclare si se refiere al disparo o activación manual.	24-10-2020	18:04:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se pide que la oferta cumpla con este parámetro a fin de satisfacer las necesidades del hospital del servicio de Terapia Intensiva, lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles del mercado. Se solicita al oferente ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	13:01:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que aclare los valores del mecanismo de disparo o sensibilidad por flujo y por presión	24-10-2020	18:07:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente puede presentar equipos con valores del mecanismo de disparo que se encuentran dentro de los rangos fisiológicos. Se solicita al oferente ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	13:01:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos amablemente a la convocante que este parámetro sea opcional, ya que no es un parámetro estandarizado y además es un valor calculado que solo dos marcas cuentan como parámetro monitorizado mostrado en pantalla. Esta especificación limita la cantidad de posibles oferentes, nuestra solicitud es honor la transparencia y la competencia ajusta sin ninguna ventaja hacia alguna marca en particular.	24-10-2020	18:48:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con el fin de asegurar la calidad de los bienes a ser adquiridos y debido a que el mismo ítem de este llamado se refiere a alta complejidad, se pide que las ofertas se adecuen a esta condición. Se solicita al oferente ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	13:07:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que este parámetro sea opcional o en todo caso se incluya dentro de parámetros pertenecientes a la mecánica ventilatoria y no dentro de parámetros mostrados en pantalla. Este parámetro es fundamental en la mecánica ventilatoria y el mismo se encuentra estandarizado entre todos fabricantes de ventiladores pulmonares. Esta modificación no limitará la participación de oferentes, permitirá que haya la mayor cantidad de ofertas que dará como resulta la posibilidad de que la institución tenga mas opciones con mejores precios	24-10-2020	18:56:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con el fin de asegurar la calidad de los bienes a ser adquiridos y debido a que el mismo ítem de este llamado se refiere a alta complejidad, se pide que las ofertas se adecuen a esta condición. Se solicita al oferente ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	13:02:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente que este parámetro sea opcional, ya que solo dos marcas cumplen con dicha solicitud, esto limita la cantidad de oferentes y da una clara ventaja competitiva a ciertas empresas.	24-10-2020	18:58:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con el fin de asegurar la calidad de los bienes a ser adquiridos y debido a que el mismo ítem de este llamado se refiere a alta complejidad, se pide que las ofertas se adecuen a esta condición. Se solicita al oferente ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	13:08:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la convocante modifique este parámetro , ya la medición de fugas se puede expresar en porcentaje o l/min o litros. Sugerimos que se elimine la palabra "PORCENTAJE" y se describa como MEDICION DE FUGAS. esta modificación evitará que no haya ninguna ventaja entre los posibles oferentes.	24-10-2020	19:03:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con el fin de asegurar la calidad de los bienes a ser adquiridos y debido a que el mismo ítem de este llamado se refiere a alta complejidad, se pide que las ofertas se adecuen a esta condición. Se solicita al oferente ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	13:08:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Debido a que los equipos deben ser importados, y en vista a que el plazo de entrega es de 22 días corridos, solicitamos extiendan el plazo a 60 días como mínimo.	26-10-2020	08:40:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta la necesidad de contar con los bienes solicitados en el menor plazo posible. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	30-10-2020	13:10:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 4.4 se requiere manipuleo y control por pantalla táctil y mando rotatorio, se solicita que el mando rotatorio sea opcional, debido a el mismo es una tecnología totalmente obsoleta y las pantallas táctiles se asocian a los smartphones y son intuitivas.	26-10-2020	08:42:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La tecnología del mando rotatorio no es obsoleta, sino que evita el contacto del operador con una superficie mayor expuesta a contaminaciones. Se utiliza como alternativa la pantalla táctil en caso de averías o fallos del funcionamiento del mando rotatorio durante un procedimiento. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	30-10-2020	13:12:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación a lo solicitado en el punto 5.3.3, si el equipo cuenta con alarma de apnea se considerará que el rango de medición de respiración es desde 0?	26-10-2020	08:47:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El rango se refiere a rango de medición de alarma como lo expresa el punto en cuestión. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	30-10-2020	13:12:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El Pliego de Bases y Condiciones en su Apartado ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, punto 2. Plan de Entrega (Bienes) refiere: ...La entrega de los bienes o prestaicon de los servicios se realizara de acuerdo con el plan de netrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros debera suministrar el proveedor indicados a continuación:// Item: 1//Descripcion del bien: Ventilador pulmonar de alta complejidad//Cant:5//Unidad de medida: UNIDAD//Lugar de entrega de los bienes: Hospital Central de Policia Roberto Caballero sito en Avda. Mcal Lopez esq. Juscelino Kubitschek, de lunes a viernes de 08:00 hs a 12:00 y de 13:00 a 16:00 hs. – Tel 021204840// Fecha (s) final (es) de entrega de los bienes//22 (veintedos) dias calendarios posteriores a la recepcion de Orden de compra.// Item:2//Descripcion del bien: Monitor Multiparametrico// Cant:2// Unidad de medida: UNIDAD// Lugar de entrega de los bienes: Hospital Central de Policia Roberto Caballero sito en Avda. Mcal Lopez esq. Juscelino Kubitschek, de lunes a viernes de 08:00 hs a 12:00 y de 13:00 a 16:00 hs. – Tel 021204840// Fecha (s) final (es) de entrega de los bienes//22 (veintedos) dias calendarios posteriores a la recepcion de Orden de compra (sic). Ahora bien, en relación a los plazos descritos mas arriba, es importante considerar la coyuntura actual por la que se atraviesa a nivel global por la presente pandemia del COVID – 19, que tiene como consecuencia una planificación de fabricación distinta en atención a las muy altas demandas de equipos de esta índole y atrasos en los fletes internacionales que como resultado generan dilaciones en las importaciones, por lo que se solicita a la Convocante analice la posibilidad de ampliar el plazo de entrega a 90 (noventa) días calendarios posteriores a la recepción de la Orden de Compra.	26-10-2020	16:50:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta la necesidad de contar con los bienes solicitados en el menor plazo posible. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	30-10-2020	13:17:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
• En el punto 6.4 de las Especificaciones Técnicas solicitan PEEP. Dado que lo solicitado en este punto es un Ventilador Pulmonar de Alta complejidad, solicitamos a la convocante modificar este punto por PEEP de 0 a 99 mbar o mayor (o hPa o cmH2O) de manera a que la Convocante asegure que el equipo adquirido será un equipo que cumpla con la condición de Alta Complejidad.	26-10-2020	16:52:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	13:19:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
• En el punto 6.20 de las Especificaciones Técnicas solicitan Despliegue de los siguientes bucles: -Pr. Traqueal – Volumen. – Flujo – Pr. Traqueal y/o despliegue de curva de presión traqueal con medición numérica de la presión traqueal.. Entendemos que lo solicitado en este punto son los bucles de Presión Traqueal y dado que lo solicitado en este punto es un Ventilador Pulmonar de Alta complejidad, solicitamos a la convocante modificar este punto por: Despliegue de los siguientes bucles: - Presión Traqueal/ Volumen. - Flujo/Presión Traqueal y despliegue de curva de presión traqueal con medición numérica de la presión traqueal. De manera a evitar confusiones que afecten la cotización de las ofertas y para que la Convocante asegure que el equipo adquirido será un equipo que cumpla con la condición de Alta Complejidad.	26-10-2020	16:53:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se ha realizado las modificaciones al PBC. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	30-10-2020	13:20:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
• En el punto 6.20 de las Especificaciones Técnicas solicitan Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias. Por al menos 24 horas. Dado que lo solicitado en este punto es un Ventilador Pulmonar de Alta complejidad, solicitamos a la convocante modificar este punto por Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias. Por al menos 10 días esto permite tener un mejor control en pacientes internados por periodos prolongados de tiempo, casi siempre mayor a 24 horas.	26-10-2020	16:54:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se ha realizado las modificaciones al PBC. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	30-10-2020	13:22:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
• En el punto 9.5 de las Especificaciones Técnicas solicitan Compensación de fugas hasta 60 l/min.. Dado que lo solicitado en este punto es un Ventilador Pulmonar de Alta complejidad, solicitamos a la convocante modificar este punto por Compensación de fugas de hasta el 100% del volumen tidal fijado esto asegura la correcta aplicación del modo ventilatorio NIV como así también la adecuación de la ventilación luego de cambios en las condiciones debido a las fugas.	26-10-2020	17:09:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se ha realizado las modificaciones al PBC. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	30-10-2020	13:22:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
• En el punto 4.19 de las Especificaciones Técnicas solicitan Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica (opcional). Solicitamos a la Convocante que este punto no sea Opcional, esta función permite la conectividad de estos monitores a sistemas de Monitoreo Central, colocar este punto como opcional permitirá a oferentes cotizar equipos sin esta opción.	26-10-2020	17:16:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se ha realizado las modificaciones al PBC. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	30-10-2020	13:22:57

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
• En el punto 5.4.3 de las Especificaciones Técnicas solicitan Rango de medición y alarma de 25 a 45 °C. Solicitamos a la Convocante modificar este punto por Rango de medición y alarma de 5 a 50 °C ya que el rango solicitado en este punto es insuficiente, teniendo en cuenta que la mayoría de los equipos cumplen con el parámetro recomendado. Esto de manera a asegurar la calidad y funcionalidad del equipo adquirido por la Convocante.	26-10-2020	17:17:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se ha realizado las modificaciones al PBC. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	30-10-2020	13:23:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que se pueda incluir facturaciones y/o contratos del año 2020 para demostrar experiencia suficiente en la provisión de equipos médicos, teniendo en cuenta que el año 2020 ya se encuentra en etapa de culminación. Además, permitirá que empresas distintas a las tradicionales puedan ofertar bajos las mismas condiciones y sin ninguna ventaja hacia alguna empresa.	26-10-2020	20:33:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La experiencia requerida en el Pliego de Bases y Condiciones para la provisión de equipos médicos de los tres últimos años (2017-2018-2019) es con la finalidad de garantizar a la convocante de que el oferente tiene experiencia suficiente para la provisión en tiempo y forma los bienes solicitados, la experiencia se evalúa por cierre de ejercicio fiscal. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	13:24:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que se pueda incluir facturaciones y/o contratos del año 2020 para demostrar experiencia suficiente en la provisión de equipos médicos, teniendo en cuenta que el año 2020 ya se encuentra en etapa de culminación. Además, permitirá que empresas distintas a las tradicionales puedan ofertar bajos las mismas condiciones y sin ninguna ventaja hacia alguna empresa.	26-10-2020	20:34:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La experiencia requerida en el Pliego de Bases y Condiciones para la provisión de equipos médicos de los tres últimos años (2017-2018-2019) es con la finalidad de garantizar a la convocante de que el oferente tiene experiencia suficiente para la provisión en tiempo y forma los bienes solicitados, la experiencia se evalúa por cierre de ejercicio fiscal. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	13:26:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la convocante aclare si el FLUJO CONTINUO se refiere al FLUJO BASE, de ser así, solicitamos que se modifique el parámetro a 50 l/min, teniendo en cuenta que este parámetro se encuentra estandarizado por la mayoría de los fabricantes	26-10-2020	20:42:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con el fin de asegurar la calidad de los bienes a ser adquiridos y debido a que el mismo ítem de este llamado se refiere a alta complejidad, se pide que las ofertas se adecuen a esta condición. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	13:26:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la convocante aclare si este parámetro se refiere a la Compensación automática de complacencia del circuito paciente o se refiera a la compensación automática de altitud.	26-10-2020	20:51:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a la compensación automática de tubo, así como lo enuncia el punto en cuestión. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	13:27:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que este parámetro se amplíe el rango de 5 seg o menos a 60 seg o mayor, teniendo en cuenta que el rango actualmente esta cerrado y no es genérico, dejando de lado a equipos que cuenta con mejor rango de tiempo.	26-10-2020	21:02:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con el fin de asegurar la calidad de los bienes a ser adquiridos y debido a que el mismo ítem de este llamado se refiere a alta complejidad, se pide que las ofertas se adecuen a esta condición. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	13:27:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la convocante modifique este parámetro a 50 l/min o mayor, ya que este valor es estimado y depende de varios factores como la presión y condiciones del sistema, no es un valor fijo y tampoco se puede estimar una media o máxima para dicho parámetro.	26-10-2020	21:13:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se ha realizado las modificaciones al PBC. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	30-10-2020	13:28:09

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que este parámetro sea opcional, ya que las nuevas tecnologías permiten seleccionar o ajustar los parámetros desde las pantalla táctil, además en el punto 9.8 solicitan una pantalla táctil, por lo cual no justifica que la misma cuente con una perilla de selectora.	26-10-2020	21:17:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La perilla selectora siempre queda como opción a pesar de que la pantalla touch screen se averíe. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	13:30:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta el precio referencial para este ítem y comparándolo con la LPN 33/20 ID: 383984 ADQUISICION DE VENTILADOR PULMONAR, MONITOR MULTIPARAMETRICO Y MAQUINA DE ANESTESIA donde también solicitan Monitor Multiparamétrico con las mismas prestaciones y especificaciones, podemos ver que existe una diferencia importante en cuanto al precio referencial de cada licitación. Solicitamos amablemente a la convocante, que teniendo en cuenta la licitación anterior mencionada, que las especificaciones son las mismas, que incluso el monto de adjudicación es superior y además que en este periodo de tiempo existió una alza importante en la cotización de monedas extranjeras, pueda aumentar el precio referencial para este ítem en Gs. 50.000.000 de manera a que las empresas puedan realizar una cotización acorde a las Especificaciones solicitadas.	27-10-2020	09:59:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para la elaboración de los precios referenciales, para el proceso licitatorio se utilizó el precio promedio en base a los 3 (tres) precios obtenidos, en observancia a la Resolución de la DNCP 1890/20 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03. Por lo que solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-10-2020	13:32:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que se incluya el puerto USB para la transferencia de datos digitales, teniendo en cuenta que actualmente todos los sistemas electrónicos tienen como puerto de I/O el USB. Recomendamos que los puertos de I/O sean RS 232 o USB o RJ45.	27-10-2020	10:29:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, lo cual permitiría que equipos con menores prestaciones que las necesarias en el hospital puedan ser adjudicados.	30-10-2020	13:32:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante que modifique el plazo de entrega de los ventiladores pulmonares a por lo menos 30 días corridos desde la OC, realizamos este pedido de consideración debido a que actualmente estos equipos se encuentran con alta demanda a nivel mundial por culpa de la pandemia del covid-19.	27-10-2020	10:50:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta la necesidad de contar con los bienes solicitados en el menor plazo posible. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	30-10-2020	13:32:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.12 Capacidad de almacenamiento de 1.000 mediciones como mínimo de PANI y 150 eventos de alarma como mínimo. ¿Se podría cotizar con capacidad de almacenamiento de 1.000 mediciones como mínimo de PANI y 120 eventos de alarma como mínimo?	27-10-2020	11:26:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, lo cual permitiría que equipos con menores prestaciones que las necesarias en el hospital puedan ser adjudicados.	30-10-2020	13:34:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7.1; 7.4 y 7.5 ¿El cable troncal puede ser considerado opcional si el equipo cotizado no lo requiere?	27-10-2020	11:28:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita esta modalidad para que si hay un problema con el sensor, no tenga que ser cambiado el sistema de conexión en su totalidad. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	30-10-2020	13:34:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos extiendan el plazo a 60 días como mínimo. Debido a que los equipos deben ser importados, y en vista a que el plazo de entrega es de 22 días corridos, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el mundo entero por la pandemia del Covid 19, las importaciones tardan mas de lo debido.	27-10-2020	12:42:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Teniendo en cuenta la necesidad de contar con los bienes solicitados en el menor plazo posible. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	30-10-2020	13:35:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Item 4.5 Solicitamos la posibilidad considerar también monitores portátiles con posibilidad de transportar con manija de traslado para así permitir la posibilidad de participación de mayor cantidad de oferentes, ya que así están favoreciendo a una cierta marca en específico.	27-10-2020	12:44:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se pide que la oferta tenga la capacidad de cumplir con esta condición ya que también será utilizada en traslado de pacientes. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	30-10-2020	13:37:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sub Item 4.10: Sugerimos consideren permitir ofertar monitores con despliegue de al menos 10 formas de onda con los que ya se despliegan la mayoría de los parámetros solicitados, permitiendo así la posibilidad de participación de mayor participación de oferentes, y no favorecer a una marca en específico.	27-10-2020	12:46:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con el fin de asegurar la calidad de los bienes a ser adquiridos, se pide cumplir esta condición. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	30-10-2020	13:38:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 9.1 Capacidad Técnica, inciso JDonde dice: , Certificaciones según los requeridos en las Especificaciones Técnicas, deberán estar en idioma castellano. (copia simple) solicitamos diga Certificaciones según los requeridos en las Especificaciones Técnicas, deberán estar en idioma castellano o inglés. (copia simple), considerando que la mayoría de las certificaciones están en idioma ingles	27-10-2020	14:14:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado es en observancia a lo dispuesto en el Pliego Estándar establecido por la DNCP que en el punto 8. Idioma de la Oferta dice: La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	30-10-2020	13:40:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 6.11. Parametros monitoreados CO, favor aclarar si se debe incluir el modulo para CO2 entre los accesorios	27-10-2020	14:15:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debe cumplir con este punto de acuerdo a las tecnologías y/o modos que el fabricante considere para poder medir este parámetro en la pantalla del ventilador. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	30-10-2020	13:41:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 6.21. Parametros monitoreados. Presión de apertura de la válvula de seguridad 120 mbar (o hPa o cmH2O), solicitamos permita ofertar equipos con Presión de apertura de la válvula de seguridad 100 mbar (o hPa o cmH2O) o mejor	27-10-2020	14:15:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con el fin de asegurar la calidad de los bienes a ser adquiridos y debido a que el mismo ítem de este llamado se refiere a alta complejidad, se pide que las ofertas se adecuen a esta condición. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	30-10-2020	13:41:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 10.3 Donde dice batería interna 45 mín aproximadamente (ampliación opcional hasta 5 horas o más) solicitamos que el punto (ampliación opcional hasta 5 horas o más sea eliminado y diga solo: Batería interna de al menos 45 minutos de autonomía.	27-10-2020	14:16:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con el fin de asegurar la calidad de los bienes a ser adquiridos y debido a que el mismo ítem de este llamado se refiere a alta complejidad, se pide que las ofertas se adecuen a esta condición. Se prevé una oferta la cual involucre el menor gasto a futuro para una upgrade del equipo en caso de ser necesario. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	30-10-2020	13:42:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Monitoreo de Concentración de CO2 recomendamos incluir entre los accesorios modulo de CO2	27-10-2020	14:17:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debe cumplir con este punto de acuerdo a las tecnologías y/o modos que el fabricante considere para poder medir este parámetro en la pantalla del ventilador. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	30-10-2020	13:42:41

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice 22 días calendarios posteriores a la recepción de la Orden de Compra, solicitamos ampliar este plazo a 45 días, teniendo en cuenta que estos equipos son importados y los plazos de fabricación y entrega se han extendido debido a la pandemia	27-10-2020	14:31:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta la necesidad de contar con los bienes solicitados en el menor plazo posible. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	30-10-2020	13:43:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 2. Plan de Entrega, solicitamos modificar el plazo de entrega a 60 días calendarios posteriores a la recepción de la Orden de compra	27-10-2020	14:34:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta la necesidad de contar con los bienes solicitados en el menor plazo posible. Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	30-10-2020	13:43:24

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: IMPORTEX S.A. - RUC: 80017358-9		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508049730 - END.:000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	09-11-2020	09-11-2020	27-02-2021
Oferente: CASA BOLLER S.A. - RUC: 80001556-8		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2	
1508002733	Póliza	SEGUROS GENERALES S.A. - SEGESA	07-11-2020	10-11-2020	30-04-2021
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3	
1508006431	Póliza	Patria S.A. de Seguros y Reaseguros	06-11-2020	09-11-2020	09-03-2021

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42272207-001	Ventilador pulmonar de alta complejidad				5	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	LEISTUNG	LEISTUNG INGENIERIA S.R.L.	VENTILADOR LUFT 3	ARGENTINA	Ventilador pulmonar de alta complejidad	175.000.000	875.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	DRÄGER	DRÄGER	SAVINA 300 SELECT	ALEMANIA	Ventilador pulmonar de alta complejidad	207.800.000	1.039.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	IMT MEDICAL	IMT MEDICAL AG	BELLAVISTA 1000	SINGAPUR/ CHINA	VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD	175.000.000	875.000.000

DATOS DEL ITEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad
2	42181904-002	Monitor multiparametrico		2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	DRÄGER	DRÄGER	VISTA 120 S	ALEMANIA	Monitor multiparametrico	36.000.000	72.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	Philips	Philips Medical Systems	Efficia CM150	Alemania	Monitor multiparamétrico	57.000.000	114.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - Ventilador pulmonar de alta complejidad

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	828.000.000	10-11-2020	08:29:05.273	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81e332086f8c3c5a830fcee8e63682f4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	829.000.000	10-11-2020	08:27:37.620	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a11972b8b6d42698cc4fe8810b5e3424	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	835.000.000	10-11-2020	08:27:17.260	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cdc6b49332272e86f230a9d01ae6fe7	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	840.000.000	10-11-2020	08:27:10.572	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	974cd8ca1b3e184bc75b95dc0eb29485	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	845.000.000	10-11-2020	08:26:51.619	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e2cff2ad49d82e8d95cc0c3919abb16	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	850.000.000	10-11-2020	08:27:01.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a37e24b7a963528b8ebb993385266360	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	859.000.000	10-11-2020	08:26:42.153	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc50174222217c47d7d1d681db57d1bc	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	860.000.000	10-11-2020	08:26:31.924	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5aa74b372d32d1556364d6ba09737b6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	869.000.000	10-11-2020	08:26:05.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa0ef979cca7cd3ee91bcc4cb43b62b6	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	875.000.000	10-11-2020	08:03:12.822	Propuesta
		Código Verificador:	05bee76d67c4772996721b37662ff7fe	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	875.000.000	10-11-2020	08:03:12.827	Propuesta
		Código Verificador:	2bd74ab4be8671ffd924dd24012ed360	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	875.000.000	10-11-2020	08:25:46.541	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3098b6e6a762dd7a9a417718f7421fcd	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.039.000.000	10-11-2020	08:03:12.825	Propuesta
		Código Verificador:	aa59429f77780ce07c8827ed903354ab	

2 - Monitor multiparametrico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	66.300.000	10-11-2020	08:48:24.985	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4632aa7c79e9b69ce34b8f50d37a105a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	66.348.999	10-11-2020	08:47:14.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b58a3903a37d036d79b174ea273c923	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	66.349.000	10-11-2020	08:46:46.782	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	688d1aef3a0159e17cd5d8813f035bbb	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	66.350.000	10-11-2020	08:46:30.085	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fdd88c24e5e2a00cdd0f42738676db9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	66.390.000	10-11-2020	08:46:13.187	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf0dceecd2107675c3a0da6a081bd55f	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	66.400.000	10-11-2020	08:45:58.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87f30213503f71c361c9744643f1c094	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	66.500.000	10-11-2020	08:45:51.490	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb0b4e9beaa5a941be09c1941f6dbbf5	

Listado General de todas las Ofertas

CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	67.000.000	10-11-2020	08:45:36.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	081fb34fe1da38dd2cb9852251119ef7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	69.500.000	10-11-2020	08:45:19.240	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30ad53e00dd5c7c4b14c27c9c628b6ac	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	70.000.000	10-11-2020	08:45:24.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c7f6fbefbd94b47e84d0e38e7bf17d8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	71.000.000	10-11-2020	08:45:02.156	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe26d736f213845ba516e0e14707877e	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	72.000.000	10-11-2020	08:03:12.977	Propuesta
		Código Verificador:	2840edfec27e7dd972df7091fe734aa	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	114.000.000	10-11-2020	08:03:12.980	Propuesta
		Código Verificador:	f2742848dd122b49250c549ffdc5a988	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Ventilador pulmonar de alta complejidad

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	828.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	840.000.000
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	875.000.000

2 - Monitor multiparametrico

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	66.300.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	66.350.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
1 - Ventilador pulmonar de alta complejidad	828.000.000
2 - Monitor multiparametrico	66.300.000

Listado de Mensajes

1 - Ventilador pulmonar de alta complejidad

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-11-2020	08:10:29.181
Buenos días, comenzamos la Subasta.	10-11-2020	08:10:36.344
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	10-11-2020	08:12:04.617
Señores esperamos mejores ofertas.	10-11-2020	08:13:04.584
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-11-2020	08:19:03.045
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-11-2020	08:19:07.087
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-11-2020	08:25:07.141
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-11-2020	08:33:00.258
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-11-2020	08:33:00.499

2 - Monitor multiparametrico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-11-2020	08:33:10.368
Continuamos con la Subasta.	10-11-2020	08:33:16.908
Señores esperamos mejores ofertas.	10-11-2020	08:36:18.985
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-11-2020	08:36:21.683
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-11-2020	08:36:26.509

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-11-2020	08:42:26.666
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-11-2020	08:49:35.784
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-11-2020	08:49:35.943

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.