

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 392827

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:10 del día 14/4/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA con ID N° 392827 -

ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PULMONARES, MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS Y CAMAS ELÉCTRICAS CON BALANZA INCORPORADA de la Institución:

**Código Verificador:** 20c114054858adad4c7ff20ce0336a94

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Ministerio del Interior
<b>UOC:</b>	Policia Nacional
<b>Código SICP:</b>	1050

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante considerar la adjudicacion por Item, para dar cumplimiento a lo que estable la ley para la libre competencia, y de esa manera dar oportunidad a mas oferentes y beneficiar a la convocante con mas ofertas para evaluar.		16-03-2021	10:06:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita adecuarse a lo establecido en las bases del proceso, teniendo en cuenta que los bienes son similares y el mercado cuenta con empresas que puedan ofertar ambos ítems del Lote 1.		26-03-2021	11:14:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Considerando que lo solicitado corresponde a equipos importados, solicitamos a la convocante la polibilidad de ampliar el plazo a 30 dias. llevando tambien en cuenta la situacion de la pandemia		16-03-2021	10:18:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Los bienes solicitados en el presente proceso licitatorio serán utilizados en áreas muy sensibles del hospital como área de terapias intensivas y teniendo en cuenta que el país se encuentra en una situación de pandemia son bienes con mucha demanda para los hospitales, por lo que se solicita remitirse al Pliego de Bases.		26-03-2021	11:15:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante considerar la adjudicacion por item para dar cumplimiento a lo establecido en la DNCP , y de esa manera dar oportunidad a mas oferentes y beneficiar a la convocante con mas ofertas para evaluar.		16-03-2021	10:31:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita adecuarse a lo establecido en las bases del proceso, teniendo en cuenta que los bienes son similares y el mercado cuenta con empresas que puedan ofertar ambos ítems del Lote 1.		26-03-2021	11:17:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Tratandose de equipos importados, solicitamos a la convocante considerar 30 dias para el plazo de entrega. llevar en cuenta tambien la situacion de la pandemia para la importacion de los equipos.		16-03-2021	10:32:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Los bienes solicitados en el presente proceso licitatorio serán utilizados en áreas muy sensibles del hospital como área de terapias intensivas y teniendo en cuenta que el país se encuentra en una situación de pandemia son bienes con mucha demanda para los hospitales, por lo que se solicita remitirse al Pliego de Bases.	26-03-2021	11:18:00
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
* En el Apartado relacionado a las Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, punto 2, Plan de Entregas en el cual se estipula: ...Una vez remitida la orden, la firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles contados desde el día siguiente (sic). Solicitamos a la Convocante analice la posibilidad de establecer un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles contados desde el día siguiente de la recepción de la orden de compra. Esto debido a que los equipos solicitados son importados, lo cual imposibilitaría entregar los mismos en el plazo solicitado, esto sumando a las sobre demoras existentes en tiempo de fabricación e importación debido a la pandemia mundial por el COVID-19.	19-03-2021	12:52:44
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Los bienes solicitados en el presente proceso licitatorio serán utilizados en áreas muy sensibles del hospital como área de terapias intensivas y teniendo en cuenta que el país se encuentra en una situación de pandemia son bienes con mucha demanda para los hospitales, por lo que se solicita remitirse al Pliego de Bases.	26-03-2021	11:18:24
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
• De manera a poder asegurar la complejidad, calidad y funcionalidad del equipo solicitado, recomendamos incluir las siguientes características: - Medición de CO2 en corriente principal - Programa de oxigenación para aspiración endotraqueal. - Parámetros de ventilación preestablecidos en función del peso corporal ideal o de la categoría del paciente Las especificaciones recomendadas las cumplen los equipos de Alta complejidad y son de vital importancia durante su uso, además debido a la pandemia del COVID-19, son especificaciones que facilitan el tratamiento de los pacientes con esta enfermedad.	19-03-2021	12:54:28
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. El oferente puede presentar equipos con mayores prestaciones.	26-03-2021	11:18:48
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
• En el punto 5.2 de las Especificaciones Técnicas solicitan Ventilación Asistida/Controlada y SIMV, controlada por presión. Solicitamos amablemente a la Convocante a modificar este punto por Ventilación intermitente sincronizada controlada por presión y agregar a estas especificaciones técnicas Posibilidad de Crecimiento a futuro mediante software en los siguientes modos ventilatorios: -Respiración espontánea bajo presión positiva continua (PC-APRV) -Ventilación controlada por presión y por asistencia (PC-AC) -Ventilación controlada por volumen para garantizar un volumen minuto mandatorio (VC-MMV) Esto permitirá el cumplimiento total de las especificaciones como así también el tiempo de entrega solicitado para estos equipos.	19-03-2021	12:55:33
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 1.	26-03-2021	11:19:23
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
• En el punto 6.11 de las Especificaciones Técnicas solicitan Concentración de CO2. Solicitamos a la Convocante la modificación de este punto por Concentración de CO2 espiratoria final EtCO2 De 0 a 100 mmHg o mayor De manera que la Convocante asegure que el equipo adquirido será un equipo que cumpla con la condición de Alta Complejidad.	19-03-2021	12:56:38
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. El oferente puede presentar equipos con mayores prestaciones.	26-03-2021	11:19:47
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
• En el punto 6.19 de las Especificaciones Técnicas solicitan Despliegue simultáneo de las siguientes curvas de Ventilación: Solicitamos a la Convocante incluir dentro de estas curvas el parámetro CO2-Tiempo. Ya que el CO2 es un parámetro solicitado en estas especificaciones y esta curva brinda una herramienta mas al equipo para monitorizar los parámetros respiratorios del paciente.	19-03-2021	12:57:31
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. El oferente puede presentar equipos con mayores prestaciones.	26-03-2021	11:20:14
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
• Solicitamos amablemente a la Convocante eliminar los siguientes puntos: 10.7 – Al menos 1 accesorios completos para nebulización (compatibles con el equipo y los circuitos pacientes de este ítem) 10.8 – Nueve mascarillas reusables de tamaños grande, mediano y chico, tres de cada tamaño. Con arnés o sujetador. 10.9 - Filtro exhalatorio de bacterias descartable. Cantidad: 25 (veinticinco) 11.1 - Humidificador compatible para uso con el ventilador de este ítem. 11.2 – Soporte al ventilador o la base rodante 11.3 – Cámara de humidificación reusable adulto De manera a poder cumplir en tiempo y forma con las demás EETT y también con el tiempo de entrega solicitado para este equipo. Estos accesorios encarecen de sobremanera el costo final del equipo, y teniendo en cuenta que varios de ellos no son de vital importancia y tampoco son utilizados, consideramos innecesaria la inclusión de todos ellos.	19-03-2021	12:58:29
<b>RESPUESTAS</b>		

### Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
: El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 1.	26-03-2021	11:20:42
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
• En el punto 10.10 de las Especificaciones Técnicas solicitan Se debe incluir 2 (dos) conjuntos de cartuchos exhalatorios o filtro o cassetes exhalatorio o válvula exhalatoria o sensor de flujo o cualquier componente a ser cambiados por cada paciente para su limpieza, desinfección o esterilización. Solicitamos a la convocante modificar este punto por Se deberán incluir 1 (una) válvula exhalatoria esterilizable. De manera a poder cumplir en tiempo y forma con las demás EETT y también con el tiempo de entrega solicitado para este equipo.	19-03-2021	12:59:39
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 1.	26-03-2021	11:21:12
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
* El apartado 9 del Pliego de Bases y Condiciones solicita en su punto g) que: ...Los bienes ofertados deberán contar con el Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS, vigente (sic), se solicita la Convocante estudie la posibilidad de solicitar la presentación la constancia de mesa de entrada de que el Registro Sanitario se encuentra en trámite.	19-03-2021	16:14:11
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con Registro Sanitario Vigente.	26-03-2021	11:21:58
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 1. CAMA DE INTERNACIÓN ELÉCTRICA CON BALANZA. Consulta 1. En el punto donde dice: Sección de rodilla que cubra el rango de 0-40° como mínimo Se pide a la convocante poder abrir este punto de modo que el rango solicitado sea de 0 – 30°, para así poder dar mayor oportunidad a oferentes de marcas con trayectoria reconocida mundialmente, ya que una diferencia de 10° en la elevación de la sección de rodilla no conlleva beneficios terapéuticos significativos en tratamientos cortos ni prolongados.	19-03-2021	16:15:46
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. En el punto 6.7 de este mismo ítem ya se solicita VM espontáneo. El parámetro VTspon corresponde al Volumen Tidal o Volumen Corriente espontáneo, el cual es un parámetro monitorizado por varias marcas del mercado. No es exclusiva de una sola marca.	26-03-2021	11:22:56
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Respecto al ítem 6.9 en donde solicitan Vtspn, pedimos considerar este parámetro como opcional y se incluya el parámetro VM espontaneo como posibilidad de medición ya que el termino Vtspn es exclusivo de la marca Drager y por otro lado el parámetro VM es el indicador clínico mayormente utilizado por los médicos. De esta manera se daría apertura al ítem para participación de potenciales oferentes.	22-03-2021	13:15:47
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a parámetros disponibles en varios equipos del mercado y no solo a un fabricante. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.	26-03-2021	11:23:29
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.20 de los gráficos de bucles donde dice Pr. Traqueal – Volumen, Flujo - Pr. Traqueal y Despliegue de curva de presión traqueal con medición numérica de la presión traqueal solicitamos amablemente a la convocante que indique los ítems como opcionales, y considere los gráficos de Presión – Volumen y Flujo – Presión solicitados en el punto 6.19, ya que es lo que usualmente se utiliza puesto que es una opción que solo un fabricante lo puede cumplir y así dar participación a potenciales oferentes.	22-03-2021	13:16:01
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Los sensores de flujo reusable, dependiendo de su tecnología, son piezas esterilizables y no entran en contacto directo con los pacientes. Solicitar sensores de flujo descartables y en la cantidad solicitada implicaría una limitación del uso del equipo a la provisión de estos accesorios.	26-03-2021	11:24:17
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 9.3 donde dice Sensor de flujo reusable. Se deberá incluir el reemplazo del sensor de flujo durante el tiempo que dure la garantía, solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar una cantidad mínima de provisión con el equipo de sensores de flujo descartables; atendiendo que el uso de sensores y fungibles descartables es lo recomendado por OMS en cuanto a seguridad y prevención de contaminación entre pacientes y personal de blanco, todos los accesorios de conexión con el paciente deben ser descartables tales como sensores de flujo, circuitos pacientes, vías, etc. Por tal motivo sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Sensor de flujo reusable o descartable. Para el sensor de flujo reusable se deberá incluir el reemplazo del sensor de flujo durante el tiempo que dure la garantía, y para el caso del sensor de flujo descartable se deberá entregar 10 unidades.	22-03-2021	13:16:29
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a tecnologías disponibles en varios equipos del mercado. La perilla selectora permite la utilización del equipo incluso en casos en que la pantalla táctil resulte averiada.	26-03-2021	11:24:43
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el ítem 9.9 donde dice Perilla selectora para ajuste de valores de los parámetros de control solicitamos amablemente a la convocante considere este ítem como opcional, puesto que limita la participación de mejores tecnologías ya que existen ventiladores que donde todo el control del equipo se realiza en una pantalla táctil.	22-03-2021	13:16:43
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la AdendaN° 1.	26-03-2021	11:25:11
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el ítem 11.3 solicitan humidificador reusable adulto. Solicitamos a la convocante poder entregar 2 circuitos descartables con cámara humidificador, los motivos son que en tiempo de pandemia los accesorios reutilizables no están utilizando y la recomendación es utilizar todos los productos en forma descartable.	22-03-2021	13:16:57
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 1.	26-03-2021	11:25:43
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el ítem 9.3 solicitan sensor de flujo reusable adulto. Solicitamos a la convocante que se pueda cotizar 5 sensores descartables en reemplazo de los sensores reusables porque en tiempo de pandemia no se está fabricando por el alto contenido viral que puede tener un sensor de flujo reusable y podría afectar directamente a los funcionarios que se encargan de la limpieza de dichos accesorios.	22-03-2021	13:17:11
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca.	26-03-2021	11:26:06
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 4.4: Donde dice manipuleo y control directamente mediante mando rotatorio Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores, pues es un sistema totalmente obsoleto, que sólo utiliza esa marca. Solicitamos muy amablemente a la convocante permita abrir las Especificaciones Técnicas y poder cotizar equipos con Manipuleo y control directamente mediante pantalla táctil de manera a elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio.	22-03-2021	13:17:45
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca.	26-03-2021	11:26:47
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 4.10: Donde dice Capacidad de almacenamiento de 1000 mediciones de PANI y 150 eventos de alarma. Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores. Solicitamos amablemente a la convocante se puedan ofertar monitores con capacidad de almacenamiento de 1.200 mediciones de PANI o registro más reciente, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas y 12 horas, independientemente de la cantidad de registros realizados en esas horas, de manera a elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio.	22-03-2021	13:18:10
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.	26-03-2021	11:27:30
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 4.19: Donde dice Con batería de al menos 350 minutos de autonomía Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores. Solicitamos amablemente a la convocante se puedan ofertar equipos con al menos 120 minutos de duración, sin necesidad de baterías externas. Esto no implica disminución sustancial del parámetro, sino al contrario, dará mayor participación de oferentes.	22-03-2021	13:18:33
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.	26-03-2021	11:28:08
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Subítem 4.20: Donde dice Disponibilidad de upgrade mediante módulos y accesorios en las mediciones y parámetros de etCO2 y gasto cardiaco Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Disponibilidad de actualización en las mediciones y parámetros (BIS, EEG, Transmisión Neuro Muscular, CO, O2, CO2, N2O y anestésicos volátiles) mediante la conexión de módulos.	22-03-2021	13:18:57
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.	26-03-2021	11:28:35
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 5.1.2: Donde dice Posibilidad de despliegue de hasta 7 derivaciones Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Posibilidad de despliegue de hasta 12 derivaciones, de manera a elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio.	22-03-2021	13:19:20
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.	26-03-2021	11:29:01
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 5.1.4: Donde dice Detección de por lo menos 15 arritmias Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores. Solicitamos amablemente a la convocante se puedan ofertar equipos con detección de por lo menos 12 arritmias, de manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.	22-03-2021	13:19:43
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.	26-03-2021	11:29:27
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 5.1.5: Donde dice Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. Rango de medición 15 a 300 lpm, PED/NEO: de 15 a 350 lpm. Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores. Solicitamos amablemente a la convocante se puedan ofertar equipos con Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. Rango de medición de 20 a 300 lpm. Esto no implica disminución sustancial del parámetro, sino al contrario, dará mayor participación de oferentes.	22-03-2021	13:20:00
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.	26-03-2021	11:30:17
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 5.2.2: Donde dice Pulso 30 a 250 rpm solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Pulso 30 a 300 rpm.	22-03-2021	13:20:14
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.	26-03-2021	11:35:12
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 5.2.3: Donde dice Despliegue numérico de saturación de oxígeno solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Despliegue numérico de saturación de oxígeno de 0 a 100%	22-03-2021	13:20:28
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.	26-03-2021	11:35:31
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 5.3.2: Donde dice Despliegue numérico de frecuencia respiratoria Solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. Rango de medición de 0 a 170 respiraciones por minuto.	22-03-2021	13:20:41
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.	26-03-2021	11:35:49
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 5.4.3: Donde dice Rango de medición absoluta de 5° C a 50° C Solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Rango de medición Absoluta de -1° C a 45° C.	22-03-2021	13:20:56
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.	26-03-2021	11:36:13
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 5.5.2: Donde dice Modos para la toma de presión: manual, automático y continuo Solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Manual y automática a tiempos de intervalo 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 120, 240, 480 minutos y 24 horas.	22-03-2021	13:21:15
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.	26-03-2021	11:36:37
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 5.6.1: Donde dice al menos tres canales Solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Rótulo para 8 presiones o más	22-03-2021	13:21:27
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.	26-03-2021	11:37:00
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 6.12: Donde dice Con silenciador de alarmas temporizado Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores, pues es un sistema totalmente obsoleto, que sólo utiliza esa marca. Solicitamos muy amablemente a la convocante permita abrir las Especificaciones Técnicas y poder cotizar equipos Con silenciador de alarmas. de manera a elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio.	22-03-2021	13:21:40
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.	26-03-2021	11:37:25
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el Lote 2 Cama eléctrica para pacientes con balanza integrada Solicitan Sección de espalda que cubra el rango de 0 a 65° como mínimo. Solicitamos a la convocante que la sección de espalda sea 0 a 70 como mínimo para garantizar que dicha sección sea aprovechada para el levantamiento del paciente para su comodidad en el momento de realizar ejercicios respiratorios	22-03-2021	13:22:07
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.	26-03-2021	11:37:55
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el Lote 2 Cama eléctrica para pacientes con balanza integrada Solicitan colchón de 10 cm de espesor como mínimo. Solicitamos a la convocante que el espesor mínimo sea de 15cm esto ayudara a reducir la presión sobre el cuerpo del paciente en los puntos de contacto.	22-03-2021	13:22:31
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.	26-03-2021	11:38:25
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el lote 2 Cama eléctrica para paciente con balanza integrada Solicitan que la cama deberá estar recubierto y protegido con plástico ABS. Solicitamos a la convocante que esta opción sea opcional o permitir cubierta en acero o polímero similar de alta resistencia.	22-03-2021	13:23:36
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.	26-03-2021	11:38:47
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el lote 2 Cama eléctrica para paciente con balanza integrada Solicitan Batería de respaldo no inferior a 50hs. Solicitamos a la convocante si se refiere a 50hs de uso o en standby los motivos son que la duración de la batería depende de la cantidad y condiciones de uso: peso del paciente y tipo de movimientos efectuados	22-03-2021	13:23:50
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.	26-03-2021	11:39:17
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto 9 CAPACIDAD TECNICA, punto g) Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos, presentando la mesa de entrada o constancia de estar en trámite el registro sanitario.	22-03-2021	13:32:44
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con Registro Sanitario Vigente.	26-03-2021	11:39:43
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a por lo menos 45 días, teniendo en cuenta los escasos vuelos de fletes, por causa de la pandemia.	22-03-2021	13:40:41
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Los bienes solicitados en el presente proceso licitatorio serán utilizados en áreas muy sensibles del hospital como área de terapias intensivas y teniendo en cuenta que el país se encuentra en una situación de pandemia son bienes con mucha demanda para los hospitales, por lo que se solicita remitirse al Pliego de Bases.	26-03-2021	11:40:06
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos amablemente a la convocante utilice el sistema de Adjudicación por Lote único, incluyendo los 3 ítems en un sólo lote, de manera a tener una mayor competitividad y mejores precios.	22-03-2021	13:50:41
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita adecuarse a lo establecido en las bases del proceso, teniendo en cuenta que los bienes son similares y el mercado cuenta con empresas que puedan ofertar ambos ítems del Lote 1.	26-03-2021	11:40:31
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
DICE: Los equipos ofertados deberán contar con el Certificado de Registro Sanitario para dispositivos médicos, expedido por la DNVS, vigente SOLICITAMOS: Amablemente a la convocante, permitir ofertar con Certificado de Registro Sanitario para dispositivos médicos, expedido por la DNVS, vigente o bien Constancia de mesa de entrada, de que el Registro Sanitario se encuentra en trámite, ya que DINAVISA tiene solicitudes que se encuentran en trámite hace mas de 1 año, sin emitir el respectivo Certificado de Registro Sanitario	22-03-2021	14:38:57
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con Registro Sanitario Vigente.	26-03-2021	11:41:15
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Considerando que lo solicitado se debe importar, y por la pandemia los procesos de importación son mas burocráticos y lento de lo habitual, solicitamos ampliar el plazo de entrega, a 30 días hábiles a partir del cobro del anticipo	22-03-2021	14:41:37
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Los bienes solicitados en el presente proceso licitatorio serán utilizados en áreas muy sensibles del hospital como área de terapias intensivas y teniendo en cuenta que el país se encuentra en una situación de pandemia son bienes con mucha demanda para los hospitales, por lo que se solicita remitirse al Pliego de Bases.	26-03-2021	11:41:45
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adjudicación por LOTE - Solicitamos a la convocante considerar la adjudicación por ITEM, para poder dar cumplimiento a lo que establece la ley de libre competencia, y de esa manera dar oportunidad a mas oferentes de participar del llamado en curso	22-03-2021	15:03:29
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita adecuarse a lo establecido en las bases del proceso, teniendo en cuenta que los bienes son similares y el mercado cuenta con empresas que puedan ofertar ambos ítems del Lote 1.	26-03-2021	11:42:07
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Punto 4.21 Solicitamos a la convocante aceptar batería de al menos 210 minutos sin autonomía. pafra dar oportunidad a mas oferentes .	22-03-2021	15:17:32
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.	26-03-2021	11:42:51
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Punto 6.6 Donde dice, frecuencia respiratoria total y espontánea de 0 a 150 rpm. Solicitamos diga frecuencia respiratoria total y espontánea de 0 a 120 rpm, considerando que solicitan medicioón de Frecuencia respiratoria hasta 80rpm	22-03-2021	15:23:00
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.	26-03-2021	11:43:10
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Punto 6.11 Donde dice concentracion de CO2, solicitamos aclarar si se debe incluir el módulo de CO2 que permita la realización de capnografía o si se refiere a que tenga la posibilidad de monitoreo de CO2 en caso de que en el futuro se adquiera el módulo en el futuro	22-03-2021	15:25:20
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda. El equipo debe permitir la monitorización de CO2 de acuerdo a la tecnología con que cada marca cuenta.	26-03-2021	11:43:34
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
PUNTO 6.20 Donde dice despliegue de los siguientes bucles: -Pr traqueal/Volumen, - Flujo/ Pr Traqueal, - Despliegue de curva de presión traqueal con medicion numérica de la presión traqueal, Solicitamos diga: despliegue de los siguientes bucles: -Pr traqueal/Volumen, - Flujo/ Pr Traqueal, o Despliegue de curva de presión traqueal con medicion numérica de la presión traqueal	22-03-2021	15:28:08
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.	26-03-2021	11:44:01
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Presión de apertura de la válvula de seguridad 120 mbar (o hPa o cmH2O) solicitamos permita ofertar ventiladores con Presión de apertura de la válvula de seguridad 100 mbar (o hPa o cmH2O)	22-03-2021	15:29:56
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.	26-03-2021	11:44:19
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde dice capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por al menos 10 días o 240 hs Solicitamos a fin de dar mayor participación a los oferentes diga: capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por al menos 3 días o 72 hs o hasta 1000 eventos	22-03-2021	15:32:25
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.	26-03-2021	11:44:37
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde dice Punto 10.3 Batería interna con autonomía para 45 min aproximadamente (ampliación opcional hasta 5hs o más). Solicitamos solicitar equipos con autonomía para 45 minutos o más y que la ampliación de la batería hasta 5 hs o más sea opcional y no excluyente	22-03-2021	15:35:29
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 1.	26-03-2021	11:45:20
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Punto 10.6 Donde dice 25 circuitos pacientes adulto descartables (Incluye adaptadores, conectores y trampas de agua. Debe ser compatible con el humidificador. Recomendamos solicitar que el ventilador ofertado sea compatible con circuitos pacientes genericos y no solo exclusivos de una marca	22-03-2021	15:38:11
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 1.	26-03-2021	11:46:01



### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente que la convocante modifique el sistema de adecuación, y que la misma sea por ITEM, ya que hay empresas que tienen la capacidad de proveer de manera inmediata los ventiladores Pulmonares y no así los monitores multiparametricos, por el hecho de no contar dentro de su portafolio de productos o simplemente que los plazos de entrega de los mismos son muy complicados por la alta demanda a nivel mundial a causa de la pandemia del COVID-19. Esta modificación permitirá al hospital tener a su disposición equipos de manera inmediata, además permitirá que más empresas puedan ofertar y no limitar la cantidad de participantes.	22-03-2021	15:38:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita adecuarse a lo establecido en las bases del proceso, teniendo en cuenta que los bienes son similares y el mercado cuenta con empresas que puedan ofertar ambos ítems del Lote 1.	26-03-2021	11:46:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 9.1 Requisitos documentales para evaluar el presente criterio, dice en el punto h) Normas de calidad específica FDA, CE o al menos alguna de ellas y normas de calidad generales ISO 13485. Todas las certificaciones deberán estar en idioma español Solicitamos a la convocante, amablemente que además de las normas específicas requeridas, también se permita ofertar con normas específicas del MERCOSUR	22-03-2021	15:40:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Estos certificados demuestran el cumplimiento de altos estándares de Calidad en los procesos de producción de los equipos, con la solicitud de estos certificados lo que se busca es contar con equipos de excelente calidad y con las mejores prestaciones.	26-03-2021	11:47:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Que soporte un peso de 240 kg como mínimo Sugerimos consideren modificar este requerimiento por: Carga de trabajo segura de al menos 250 kg.	22-03-2021	15:44:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar equipos con mayores prestaciones.	26-03-2021	11:47:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 10.5 Se deberán incluir todos los accesorios no contemplados en estas especificaciones técnicas que sean necesarios para el normal funcionamiento de los equipos favor aclarar si el equipo debe contar con el módulo para CO2 o solo debe contar con la posibilidad de CO2 ya que para poder monitorear la concentración de CO2 solicitado en el punto 6.11 y para obtener los bucles solicitados en el Punto 6.20 de Pr traqueal/ Volumen y Flujo/ Pr traqueal este módulo debe estar incluido. Solicitamos aclarar este punto ya que la inclusión de este modulo elevaría significativamente el costo del equipo	22-03-2021	15:45:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda. El equipo debe permitir la monitorización de CO2 de acuerdo a la tecnología con que cada marca cuenta.	26-03-2021	11:47:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Batería de respaldo no inferior a 50 hs. Considerando que la función de las baterías en una cama eléctrica es sólo de respaldo en caso de cortes de energía o para utilización durante el traslado, y que una batería con tantas horas de autonomía incrementaría inecesariamente el peso del equipo, y además es difícil cuantificar la duración de la misma, ya que el consumo de la misma depende de los movimientos realizados, solicitamos modificar el requerimiento por Batería de respaldo, que permita realizar todos los movimientos de la cama.	22-03-2021	15:45:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.	26-03-2021	11:48:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Medidas del sector paciente: Largo: 190 cm o más Ancho: 80 cm o más. Considerando la capacidad de carga solicitada sugerimos modificar estos requerimientos por: Medidas del sector paciente: Largo: 208 cm o más Ancho: 86 cm o más.	22-03-2021	15:45:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.	26-03-2021	11:48:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante que se incluya Normas de calidad Mercosur, teniendo en cuenta que por la pandemia del COVID-19 es mucho más fácil importar equipos y repuestos de los fabricantes localizados en el Mercosur. Esto permitirá al hospital contar con equipos de manera inmediata y así como tendrá la ventaja de contar con soporte de fabrica en tiempo real y sin demoras, así como también se podrá realizar consultas de manera directa en el mismo idioma, evitando el problema debido al idioma. Sin mencionar que cualquier envío de repuesto sería mucho más rápido a nivel Mercosur que otros fabricantes europeos, americanos y asiáticos.	22-03-2021	15:46:14

### Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Estos certificados demuestran el cumplimiento de altos estándares de Calidad en los procesos de producción de los equipos, con la solicitud de estos certificados lo que se busca es contar con equipos de excelente calidad y con las mejores prestaciones.	26-03-2021	11:48:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Dimensiones totales: Longitud total: 235 cm o menos Ancho total: 115 cm o menos. Considerando las dimensiones del sector paciente solicitado y de manera a ahorrar espacio sugerimos modificar estos requerimientos por: Longitud total: 223 cm o menos Ancho total: 105 cm o menos.	22-03-2021	15:46:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.	26-03-2021	11:49:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Que permita dar las siguientes posiciones eléctricamente: Sección de espalda que cubra el rango de 0° a 65° como mínimo. Sección de rodilla que cubra el rango de 0° a 40° como mínimo. Altura ajustable: Altura máxima: 70 cm o más. Altura mínima: 55 cm o menos. De manera a contar con un diseño ergonómico para preservar la salud del personal de blanco sugerimos soliciten que el equipo trabaje en los siguientes rangos: Que permita dar las siguientes posiciones eléctricamente: Sección de espalda que cubra el rango de 0° a 70° como mínimo. Sección de rodilla que cubra el rango de 0° a 30° como mínimo. Altura ajustable: Altura máxima: 78 cm o más. Altura mínima: 40 cm o menos.	22-03-2021	15:47:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.	26-03-2021	11:49:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Función CPR con botón de reinicio Sugerimos modificar este requerimiento por: Función CPR eléctrica y Mecánica.	22-03-2021	15:47:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.	26-03-2021	11:50:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Colchón de 10 cm de espesor como mínimo, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego. De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo. De manera a evitar lesiones de úlceras por presión sugerimos soliciten al menos Colchón de 14 cm de espesor, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego. De la misma marca de la CAMA y dimensiones acorde al modelo.	22-03-2021	15:47:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar equipos con mayores prestaciones.	26-03-2021	11:50:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Batería de no menos de 50 hs de duración. Considerando que la función de las baterías en una cama eléctrica es sólo de respaldo en caso de cortes de energía o para utilización durante el traslado, y que una batería con tantas horas de autonomía incrementaría innecesariamente el peso del equipo, y además es difícil cuantificar la duración de la misma, ya que el consumo de la misma depende de los movimientos realizados, solicitamos modificar el requerimiento por Batería de respaldo, que permita realizar todos los movimientos de la cama.	22-03-2021	15:48:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.	26-03-2021	11:50:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Forma de adjudicación por Lote, Solicitamos a la convocante considerar la adjudicación del Lote 1 por Item, de manera a asegurar lo que estable la ley para la libre competencia, además de esta manera se daría mayor oportunidad a los oferentes y a la vez beneficiar a la convocante asegurando precios más ventajosos	22-03-2021	15:49:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita adecuarse a lo establecido en las bases del proceso, teniendo en cuenta que los bienes son similares y el mercado cuenta con empresas que puedan ofertar ambos ítems del Lote 1.	26-03-2021	11:51:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Solicitamos amablemente a la convocante que la perilla selectora sea opcional, o que dicha solicitud sea eliminada, ya que no se justifica la existencia del mismo ya que la pantalla táctil es una solución más práctica y con menos posibilidades de fallas. Hay que tener en cuenta las perillas son tecnologías obsoletas. En honor a la transferencia y la igualdad de condiciones solicitamos que sea eliminado o en todo caso la perilla sea opcional.	22-03-2021	15:53:30
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a tecnologías disponibles en varios equipos del mercado. La perilla selectora permite la utilización del equipo incluso en casos en que la pantalla táctil resulte averiada.	26-03-2021	11:51:30
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde dice capacidad de visualización via remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad médica, solicitamos aclarar si esta función debe estar activada y si se debe incluir en la oferta todos los softwares y equipos informaticos necesarios que permitan la visualización remota o si solo debe ser una opción a futuro	22-03-2021	15:57:37
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. La función solicitada debe estar disponible en el equipo en caso se necesite implementar un monitoreo central.	26-03-2021	11:51:50
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde dice capacidad de visualización via remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad médica, solicitamos que este punto sea opcional	22-03-2021	15:58:49
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. La función solicitada debe estar disponible en el equipo en caso se necesite implementar un monitoreo central.	26-03-2021	11:52:52
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos amablemente a la convocante que se pueda presentar UPS externa para el caso de presentar equipos con compresor. Ya que por la naturaleza de los compresores estos no pueden tener fuentes de alimentación en común con los ventiladores Pulmonares, por la carga reactiva de los motores	22-03-2021	15:59:27
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.	26-03-2021	11:53:15
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
DICE: Los equipos ofertados deberán contar con el Certificado de Registro Sanitario para dispositivos médicos, expedido por la DNVS, vigente CONSULTA: En el plazo anterior de consultas, ya realizamos esta misma consulta a la convocante, donde la respuesta fue ajustarse al pliego de bases y condiciones, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con Registro Sanitario Vigente. LA CONSULTA y el pedido a la convocante es ampliar este requisito, permitiendo ofertar equipos con MESA DE ENTRADA o constancia de MESA DE ENTRADA DE SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO, entendemos la necesidad de contar con registro sanitario, pero si la entidad encargada de emitir dichos registros, demora en evaluar carpetas, con plazos que van mas allá de un año inclusive, siendo nosotros, las empresas del rubro, los que sufrimos las consecuencias. Así como la entidad convocante, no es flexible en sus plazos de entrega, por la urgencia y necesidad que existe en este momento por pandemia. Nosotros, como empresa, también necesitamos poder participar, ya que damos empleos y mano de obra, y vivimos de las ventas de equipos médicos, no limitando el llamado, a solo algunas empresas que pudieran ya tener el registro sanitario definitivo de sus equipos, que por cierto, son muy pocas empresas y productos que aún poseen el registro sanitario definitivo. Expresando esto, esperamos la comprensión de la convocante y la buena voluntad de permitir ampliar lo solicitado	26-03-2021	21:07:16
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con Registro Sanitario Vigente.	05-04-2021	13:22:55
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
DICE: ALTURA AJUSTABLE: ALTURA MAXIMA 70 cm o más, ALTURA MINIMA 55 cm o menos CONSULTA: Ya que estas camas, serán utilizadas en lugares críticos, solicitamos a la convocante considerar mejores prestaciones en las ALTURAS MAXIMAS y MINIMAS solicitadas, siendo la ALTURA MAXIMA 75 cm o mas y la ALTURA MINIMA: 40 cm o menos	26-03-2021	21:27:49
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.	05-04-2021	13:23:39
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Nuevamente respecto al ítem 6.9 en donde solicitan Vtspan, pedimos considerar este parámetro como opcional y se incluya el parámetro VM espontaneo como posibilidad de medición ya que el termino Vtspan es exclusivo de la marca Drager y por otro lado el parámetro VM es el indicador clínico mayormente utilizado por los médicos. De esta manera se daría apertura al ítem para participación de potenciales oferentes.	30-03-2021	12:25:36

### Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. En el punto 6.7 de este mismo ítem ya se solicita VM espontáneo. El parámetro VTspon corresponde al Volumen Tidal o Volumen Corriente espontáneo, el cual es un parámetro monitorizado por varias marcas del mercado. No es exclusiva de una sola marca.	05-04-2021	13:24:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.20 de los gráficos de bucles donde dice Pr. Traqueal – Volumen, Flujo - Pr. Traqueal y Despliegue de curva de presión traqueal con medición numérica de la presión traqueal solicitamos amablemente a la convocante que indique los ítems como opcionales, y considere los gráficos de Presión – Volumen y Flujo – Presión solicitados en el punto 6.19, ya que es lo que usualmente se utiliza puesto que es una opción que solo un fabricante lo puede cumplir y así dar participación a potenciales oferentes.	30-03-2021	12:25:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a parámetros disponibles en varios equipos del mercado y no solo a un fabricante. Cambiar este punto reduce la complejidad del equipo solicitado, no ajustándose a las necesidades del hospital.	05-04-2021	13:25:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 9.3 donde dice Sensor de flujo reusable. Se deberá incluir el reemplazo del sensor de flujo durante el tiempo que dure la garantía, solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar una cantidad mínima de provisión con el equipo de sensores de flujo descartables; atendiendo que el uso de sensores y fungibles descartables es lo recomendado por OMS en cuanto a seguridad y prevención de contaminación entre pacientes y personal de blanco, todos los accesorios de conexión con el paciente deben ser descartables tales como sensores de flujo, circuitos pacientes, vías, etc. Por tal motivo sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Sensor de flujo reusable o descartable. Para el sensor de flujo reusable se deberá incluir el reemplazo del sensor de flujo durante el tiempo que dure la garantía, y para el caso del sensor de flujo descartable se deberá entregar 10 unidades.	30-03-2021	12:26:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Los sensores de flujo reusable, dependiendo de su tecnología, son piezas esterilizables y no entran en contacto directo con los pacientes. Solicitar sensores de flujo descartables y en la cantidad solicitada implicaría una limitación del uso del equipo a la provisión de estos accesorios.	05-04-2021	13:26:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El ítem 5.2 donde dice Ventilación intermitente sincronizada controlada por presión. Posibilidad de Crecimiento a futuro mediante software en los siguientes modos ventilatorios: - Respiración espontánea bajo presión positiva continua (PC-APRV). - Ventilación controlada por presión y por asistencia (PC-AC), solicitamos amablemente a la convocante que todas las modalidades sean colocadas en el equipo y NO sean opcionales ni con posibilidad de instalar a futuro, ya que son modalidades de vital uso en estos momentos y además considerado el nivel de gama del equipo que solicitan en las especificaciones como capacidad de medición de CO2, terapia de alto flujo, mediciones avanzadas de mecánica ventilatoria no tiene sentido limitar las modalidades requeridas. Este cambio en las eett da a entender que la convocante ajusta los requerimientos a las características de Drager (Casa Boller) para aquel equipo que cuenta en su deposito y no se ajusta a la verdadera necesidad del medico de terapia y de los pacientes.	30-03-2021	12:26:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 2.	05-04-2021	13:41:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante aclara que significa el ítem 4.17 ¿Medición de CO2 en corriente principal, en la expresión en corriente principal?	30-03-2021	12:26:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas modificadas en la Adenda N° 2.	05-04-2021	13:42:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 9.3 donde se solicita sensor de flujo reusable adulto. Solicitamos a la convocante que se pueda cotizar 5 sensores descartables en reemplazo de los sensores reusables porque en tiempo de pandemia no se están fabricando por el alto contenido viral que puede tener un sensor de flujo reusable y podría afectar directamente a los funcionarios que se encargan de la limpieza de dichos accesorios.	30-03-2021	12:26:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Los sensores de flujo reusable, dependiendo de su tecnología, son piezas esterilizables y no entran en contacto directo con los pacientes. Solicitar sensores de flujo descartables y en la cantidad solicitada implicaría una limitación del uso del equipo a la provisión de estos accesorios.	05-04-2021	13:43:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

En el Lote 2 Cama eléctrica para pacientes con balanza integrada Solicitan Sección de espalda que cubra el rango de 0 a 65° como mínimo. Solicitamos a la convocante que la sección de espalda sea 0 a 70 como mínimo para garantizar que dicha sección sea aprovechada para el levantamiento del paciente para su comodidad en el momento de realizar ejercicios respiratorios	30-03-2021	12:27:21
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. El oferente puede presentar equipos con mayores prestaciones.	05-04-2021	13:43:40
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el Lote 2 Cama eléctrica para pacientes con balanza integrada Solicitan colchón de 10 cm de espesor como mínimo. Solicitamos a la convocante que el espesor mínimo sea de 15cm esto ayudara a reducir la presión sobre el cuerpo del paciente en los puntos de contacto.	30-03-2021	12:27:32
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. El oferente puede presentar equipos con mayores prestaciones.	05-04-2021	13:44:19
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el lote 2 Cama eléctrica para paciente con balanza integrada Solicitan que la cama deberá estar recubierto y protegido con plástico ABS. Solicitamos a la convocante que esta opción sea opcional o permitir cubierta en acero o polímero similar de alta resistencia.	30-03-2021	12:27:45
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.	05-04-2021	13:44:52
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el lote 2 Cama eléctrica para paciente con balanza integrada Solicitan Batería de respaldo no inferior a 50hs. Solicitamos a la convocante si se refiere a 50hs de uso o en standby los motivos son que la duración de la batería depende de la cantidad y condiciones de uso: peso del paciente y tipo de movimientos efectuados.	30-03-2021	12:28:04
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, es necesario tener un estimado de las horas de la batería, además lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.	05-04-2021	13:45:29
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 4.4: Donde dice manipuleo y control directamente mediante mando rotatorio Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores, pues es un sistema totalmente obsoleto, que sólo utiliza esa marca. Solicitamos muy amablemente a la convocante permita abrir las Especificaciones Técnicas y poder cotizar equipos con Manipuleo y control directamente mediante pantalla táctil de manera a elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio.	30-03-2021	13:18:46
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Lo solicitado es una función básica de la mayoría de los equipos disponibles en el mercado los cuales ya han participado en licitaciones anteriores. Modificar este punto significaría disminuir la complejidad del equipo solicitado no ajustándose a la necesidad del hospital.	05-04-2021	13:46:19
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 4.10: Donde dice Capacidad de almacenamiento de 1000 mediciones de PANI y 150 eventos de alarma. Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores. Solicitamos amablemente a la convocante se puedan ofertar monitores con capacidad de almacenamiento de 1.200 mediciones de PANI o registro más reciente, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas y 12 horas, independientemente de la cantidad de registros realizados en esas horas, de manera a elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio.	30-03-2021	13:18:59
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Lo solicitado es una función básica de la mayoría de los equipos disponibles en el mercado los cuales ya han participado en licitaciones anteriores, incluso existen equipos disponibles en el mercado con mejores prestaciones que la solicitada en este punto. Modificar este punto significaría disminuir la complejidad del equipo solicitado no ajustándose a la necesidad del hospital.	05-04-2021	13:47:03
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Subítem 4.19: Donde dice Con batería de al menos 350 minutos de autonomía Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores. Solicitamos amablemente a la convocante se puedan ofertar equipos con al menos 120 minutos de duración, sin necesidad de baterías externas. Esto no implica disminución sustancial del parámetro, sino al contrario, dará mayor participación de oferentes.	30-03-2021	13:19:14
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Lo solicitado es una función básica de la mayoría de los equipos disponibles en el mercado los cuales ya han participado en licitaciones anteriores, incluso existen equipos disponibles en el mercado con mejores prestaciones que la solicitada en este punto. Modificar este punto significaría disminuir la complejidad del equipo solicitado no ajustándose a la necesidad del hospital.	05-04-2021	13:47:46
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 4.20: Donde dice Disponibilidad de upgrade mediante módulos y accesorios en las mediciones y parámetros de etCO2 y gasto cardiaco Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Disponibilidad de actualización en las mediciones y parámetros (BIS, EEG, Transmisión Neuro Muscular, CO, O2, CO2, N2O y anestésicos volátiles) mediante la conexión de módulos.	30-03-2021	13:19:26
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.	05-04-2021	13:48:13
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 5.1.2: Donde dice Posibilidad de despliegue de hasta 7 derivaciones Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Posibilidad de despliegue de hasta 12 derivaciones, de manera a elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio.	30-03-2021	13:19:41
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.	05-04-2021	13:48:44
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 5.1.4: Donde dice Detección de por lo menos 15 arritmias Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores. Solicitamos amablemente a la convocante se puedan ofertar equipos con detección de por lo menos 12 arritmias, de manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.	30-03-2021	13:19:52
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Lo solicitado es una función básica de la mayoría de los equipos disponibles en el mercado los cuales ya han participado en licitaciones anteriores, incluso existen equipos disponibles en el mercado con mejores prestaciones que la solicitada en este punto. Modificar este punto significaría disminuir la complejidad del equipo solicitado no ajustándose a la necesidad del hospital.	05-04-2021	13:49:22
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 5.1.5: Donde dice Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. Rango de medición 15 a 300 lpm, PED/NEO: de 15 a 350 lpm. Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores. Solicitamos amablemente a la convocante se puedan ofertar equipos con Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. Rango de medición de 20 a 300 lpm. Esto no implica disminución sustancial del parámetro, sino al contrario, dará mayor participación de oferentes.	30-03-2021	13:20:08
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Lo solicitado es una función básica de la mayoría de los equipos disponibles en el mercado los cuales ya han participado en licitaciones anteriores, incluso existen equipos disponibles en el mercado con mejores prestaciones que la solicitada en este punto. Modificar este punto significaría disminuir la complejidad del equipo solicitado no ajustándose a la necesidad del hospital.	05-04-2021	13:49:54
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Subítem 5.2.2: Donde dice Pulso 30 a 250 rpm solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Pulso 30 a 300 rpm.	30-03-2021	13:20:24
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.	05-04-2021	13:50:33
<b>CONSULTA</b>		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Subítem 5.2.3: Donde dice Despliegue numérico de saturación de oxígeno solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Despliegue numérico de saturación de oxígeno de 0 a 100%		30-03-2021	13:20:44
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.		05-04-2021	13:51:05
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Subítem 5.3.2: Donde dice Despliegue numérico de frecuencia respiratoria Solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. Rango de medición de 0 a 170 respiraciones por minuto.		30-03-2021	13:20:58
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.		05-04-2021	13:51:30
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Subítem 5.4.3: Donde dice Rango de medición absoluta de 5° C a 50° C Solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Rango de medición Absoluta de -1° C a 45° C.		30-03-2021	13:21:11
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.		05-04-2021	13:52:03
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Subítem 5.5.2: Donde dice Modos para la toma de presión: manual, automático y continuo Solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Manual y automática a tiempos de intervalo 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 120, 240, 480 minutos y 24 horas.		30-03-2021	13:21:26
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.		05-04-2021	13:52:31
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Subítem 5.6.1: Donde dice al menos tres canales Solicitamos amablemente a la convocante elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio, solicitando Rótulo para 8 presiones o más		30-03-2021	13:21:38
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. El oferente puede presentar ofertas con mejores prestaciones a las solicitadas.		05-04-2021	13:53:07
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Subítem 6.12: Donde dice Con silenciador de alarmas temporizado Esta es una característica EXCLUSIVA del monitor marca DRAGER, modelo VISTA 120, representado y distribuido por la firma CASA BOLLER S.A., el cual ya fue adjudicado el año pasado en la LPN SBE 33/20, lo cual fue aprovechado para descalificar a varios competidores, pues es un sistema totalmente obsoleto, que sólo utiliza esa marca. Solicitamos muy amablemente a la convocante permita abrir las Especificaciones Técnicas y poder cotizar equipos Con silenciador de alarmas. de manera a elevar la vara, que este llamado sea realmente competitivo y el Estado Paraguayo, a través de la institución convocante pueda realizar una mejor compra, a un mejor precio.		30-03-2021	13:21:51
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Este punto lo cumplen varias marcas y modelos del mercado, no siendo un parámetro exclusivo de una marca. Lo solicitado es una función básica de la mayoría de los equipos disponibles en el mercado, los cuales ya han participado en licitaciones anteriores. Modificar este punto significaría disminuir la complejidad del equipo solicitado no ajustándose a la necesidad del hospital.		05-04-2021	13:53:41

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: FALCON COM. &amp; IND. S.A. - RUC: 80010835-3</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1508006763	Póliza	PATRIA S.A.	12-04-2021	13-04-2021	22-07-2021
<b>Oferente: CASA BOLLER S.A. - RUC: 80001556-8</b>					
<b>Categoría: Sin categorizar</b>			<b>Nro. Oferente: 2</b>		
1508011817	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A CIA. DE SEGUROS GENERALES	09-04-2021	13-04-2021	30-09-2021
<b>Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1</b>					
<b>Categoría: Pequeña</b>			<b>Nro. Oferente: 3</b>		
1508004236	Póliza	Royal Seguros S.A.	12-04-2021	13-04-2021	23-07-2021
<b>Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1</b>					
<b>Categoría: Sin categorizar</b>			<b>Nro. Oferente: 4</b>		
1508006765	Póliza	Patria S.A. de Seguros y Reaseguros	13-04-2021	13-04-2021	11-08-2021
<b>Oferente: SIEGEN S.A. - RUC: 80037885-7</b>					
<b>Categoría: Sin categorizar</b>			<b>Nro. Oferente: 5</b>		
1508011384	Póliza	Aseguradora del Este S.A.	12-04-2021	13-04-2021	11-08-2021
<b>Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0</b>					
<b>Categoría: Sin categorizar</b>			<b>Nro. Oferente: 6</b>		
1508050752	Póliza	LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS	13-04-2021	13-04-2021	22-07-2021

### Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - VENTILADOR PULMONAR Y MONITOR							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42272207-001	Ventilador pulmonar de alta complejidad				4	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Magnamed	Magnamed Tecnologias Medicas S.A.	Fleximag	Brasil	Ventilador pulmonar de alta complejidad	207.000.000	828.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	DRÄGER	Drägerwerk AG & Co. KGaA	SAVINA 300 SELECT	ALEMANIA	Ventilador pulmonar de alta complejidad	210.000.000	840.000.000
DATOS DEL ITEM							



Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42181904-002	Monitor multiparametrico					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	BLT	Guangdong Biolght Meditech Co. Ltd.	A5 Anyview	China	Monitor multiparametrico	53.000.000	212.000.000
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	DRÄGER	Drägerwerk AG & Co. KGaA	VISTA 120 S	ALEMANIA	Monitor multiparametrico	54.000.000	216.000.000

**INFORMACION DEL LOTE: 2 - CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE**

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42191807-001	Cama electrica para paciente con Balanza Integrada					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	MESPA	MESPA GLOBAL SA LIK TEKNOLOJ LER TC A..	MCARE	TURQUIA	Cama electrica para paciente con Balanza Integrada	94.000.000	376.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MUBI	INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METALICAS S.A.S.	LYNIX	COLOMBIA	CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE CON BALANZA INTEGRADA	117.500.000	470.000.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	Hospimetal	Hospimetal Industria Metalúrgica de Equipamientos Hospitalares LTDA.	HM2002 D	Brasil	Cama eléctrica con Balanza incorporada	52.000.000	208.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	Linnet	Linnet spol	Eleganza 4	Republica Checa	Cama eléctrica para paciente con balanza	75.000.000	300.000.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

**1 - VENTILADOR PULMONAR Y MONITOR**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.020.000.000	14-04-2021	08:38:14.373	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07ba42f9de38ecec20c685e817016f75	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.030.000.000	14-04-2021	08:35:57.336	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f01b6277b7da796e8c9499e2c8d93de4	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.040.000.000	14-04-2021	08:00:31.596	Propuesta
		Código Verificador:	6f75d8a8ca8d18f7c8342926a86b72a7	
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.056.000.000	14-04-2021	08:00:31.593	Propuesta
		Código Verificador:	07650a3ccdd3b7e27bd2559e1f979b7b	

**2 - CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SIEGEN S.A. - 80037885-7	200.000.000	14-04-2021	09:07:46.915	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8afbd550f803b670667348930f81e255	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	208.000.000	14-04-2021	08:00:31.894	Propuesta
		Código Verificador:	19404057ba30aca91e839640dc6bde91	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	232.000.000	14-04-2021	09:10:25.269	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82cf500e280c2e871bd00945582d13e6	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	234.000.000	14-04-2021	09:10:15.671	Periodo Aleatorio

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	04a509accfccd7f2da0db9a987c6d3a3
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	235.000.000	14-04-2021	09:10:15.273
		Código Verificador:	897f370803a9d813fa7f1c0eff5a163a
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	236.000.000	14-04-2021	09:10:04.984
		Código Verificador:	48b207eee4a6c1f34d93f74dcc3b4d23
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	237.000.000	14-04-2021	09:09:52.580
		Código Verificador:	ff7c454886f5c80850119c5e0d37512e
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	238.000.000	14-04-2021	09:09:42.495
		Código Verificador:	c0dd5831f9bf2fd302366a0867436d
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	239.000.000	14-04-2021	09:09:30.339
		Código Verificador:	358f50bee14da1e555321f9d6bc2e2a8
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	240.000.000	14-04-2021	09:09:19.499
		Código Verificador:	289851ad145d0e0cf0d9963720215da7
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	241.000.000	14-04-2021	09:09:24.738
		Código Verificador:	39553fe4dd28c8816bda9bd72946b53c
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	242.000.000	14-04-2021	09:09:06.966
		Código Verificador:	3829cddb6ca86c3b740e052a4bb7afb1
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	243.000.000	14-04-2021	09:09:05.859
		Código Verificador:	37cc2852e5a8d522db63f690063aefa5
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	244.000.000	14-04-2021	09:08:38.795
		Código Verificador:	3215939d834343e1211f64e08dfd586
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	245.000.000	14-04-2021	09:08:28.156
		Código Verificador:	e0b458c23482a06f60b6808be42fb730
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	246.000.000	14-04-2021	09:08:33.590
		Código Verificador:	07b0a057b9beb6383b980ad1f8900b05
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	247.000.000	14-04-2021	09:08:21.990
		Código Verificador:	d4aac051922fafb6afda20dcf19fc26d
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	248.000.000	14-04-2021	09:08:24.575
		Código Verificador:	a9d97db46c6c4e30bcbfbc42c58097e2
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	249.000.000	14-04-2021	09:08:08.233
		Código Verificador:	9829005f4989ff92d374ff5feb53057a
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	250.000.000	14-04-2021	09:08:01.592
		Código Verificador:	c48445f1498ac58def5e4b294f8424a4
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	251.000.000	14-04-2021	09:07:52.108
		Código Verificador:	6e43f8feb947c456a4104a76b9ee2501
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	253.000.000	14-04-2021	09:07:56.848
		Código Verificador:	4e364f2b0750f46f40adf3951f3e8713
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	255.000.000	14-04-2021	09:07:36.552
		Código Verificador:	65fd2a455dc5b70bf51a62f5b0f5eb94
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	255.000.000	14-04-2021	09:07:40.674
		Código Verificador:	aa31b0a400963799bff6dc9291e27485
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	258.000.000	14-04-2021	09:07:26.621
		Código Verificador:	0f9ce2ee15e5f9e90a962562a42f23bc
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	259.000.000	14-04-2021	09:07:12.819
		Código Verificador:	923c1abddacd684de0d7c124899e6fac
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	261.000.000	14-04-2021	09:07:19.790
		Código Verificador:	7a7b90f140c11d00fdb440d5dbaad3f0
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	262.000.000	14-04-2021	09:07:03.192
		Código Verificador:	3efc0e12d78911dd459c03902fc812d5
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	263.000.000	14-04-2021	09:06:58.133
		Código Verificador:	ef649811fb3b6da2f27a05a001b356a1
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	264.000.000	14-04-2021	09:06:47.074

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	3334a99f14420c2f7a7b3384a4b0dcfd	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	265.000.000	14-04-2021	09:06:34.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e28c2107ef46cdce8b3f65784a173788	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	270.000.000	14-04-2021	09:06:15.956	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	617b06d88ac8c3f4a088a35d53e7e0d1	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	275.000.000	14-04-2021	09:06:10.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e41fddfb34f4454a285eadb23609478	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	275.000.000	14-04-2021	09:06:11.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b242cb0df64a83b4d6966c22f640942e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	279.000.000	14-04-2021	09:06:01.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c145a620f3e477c66fc535cf76acd12	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	280.000.000	14-04-2021	09:05:52.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa99f160ecd21b5296ab1783d2432931	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	286.000.000	14-04-2021	09:05:51.161	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb0dcd4c0397b355715a691e838fd1ff	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	286.000.000	14-04-2021	09:05:54.286	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7490f666620fad9fafedc261e5c310	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	287.000.000	14-04-2021	09:05:47.871	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c7aae620a81e667472f391477619a0c	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	288.000.000	14-04-2021	09:05:40.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a66a496c1352cbadca0b455b5f6841	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	288.000.000	14-04-2021	09:05:41.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7fa51a9eb7ca0cc25fa1e2e5c5ea62d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	290.000.000	14-04-2021	09:05:30.503	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d4cc1d26204bc48f1c4c1b6dbdba652	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	293.000.000	14-04-2021	09:05:29.073	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	769bf77a81f19f061319cb23d3246ba3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	295.000.000	14-04-2021	09:05:21.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fd5499aa807cb3a78617911c209eabd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	299.000.000	14-04-2021	09:05:06.018	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c647fdda3da806759f0b2b6b172a6658	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	299.000.000	14-04-2021	09:05:06.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cdbf6b16925d8fd1ab558bce91276c8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	300.000.000	14-04-2021	08:00:31.892	Propuesta
		Código Verificador:	a07047db876166df71d88a24f2e0a858	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	373.000.000	14-04-2021	08:57:36.199	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e58bee8e44b9977ec076cc96ff9b2b12	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	376.000.000	14-04-2021	08:00:31.893	Propuesta
		Código Verificador:	7084d901b1e6aa98fcb6632372401b48	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	470.000.000	14-04-2021	08:00:31.889	Propuesta
		Código Verificador:	3b8579295879c9fe2a27375e960a8e2e	

**Mejores Lances de cada Proveedor por Item**
**1 - VENTILADOR PULMONAR Y MONITOR**

Oferente	Mejor Precio
CASA BOLLER S.A. - 80001556-8	1.020.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.040.000.000

**2 - CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE**

Oferente	Mejor Precio
SIEGEN S.A. - 80037885-7	200.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	232.000.000

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	235.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	279.000.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80001556-8 - CASA BOLLER S.A.

Item	Precio Ganador
1 - VENTILADOR PULMONAR Y MONITOR	1.020.000.000

Proveedor: 80037885-7 - SIEGEN S.A.

Item	Precio Ganador
2 - CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE	200.000.000

### Listado de Mensajes

1 - VENTILADOR PULMONAR Y MONITOR

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-04-2021	08:12:03.749
Buenos días, comenzamos la Subasta.	14-04-2021	08:12:09.511
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-04-2021	08:12:43.685
Señores esperamos mejores ofertas.	14-04-2021	08:12:50.844
Señores bajen sus precios.	14-04-2021	08:13:01.210
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-04-2021	08:16:18.540
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-04-2021	08:29:46.378
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-04-2021	08:29:50.928
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-04-2021	08:35:51.165
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-04-2021	08:45:12.307
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-04-2021	08:45:12.405

2 - CAMA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-04-2021	08:49:45.474
Continuamos con la Subasta.	14-04-2021	08:50:19.427
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	14-04-2021	08:51:41.398
Señores bajen sus precios.	14-04-2021	08:51:50.564
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-04-2021	08:51:51.403
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-04-2021	08:51:54.224
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-04-2021	09:03:36.420
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-04-2021	09:10:33.540
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-04-2021	09:10:33.665

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.