

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 397726

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:36 del día 1/7/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 397726 -

LPN SBE 85-21 ADQUISICION DE TEST DE AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN CARACTER DE COMODATOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUNCIONAL de la Institución:

Código Verificador: e190d91308c495a62ec1133939aa278f

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
La convocante solicita que el instrumento admita "la posibilidad de carga continua". Se solicita a la convocante replantear esta especificación con el siguiente enunciado "se aceptara instrumentos con carga continua o sin carga continua". Esto se solicita con el proposito de evitar inconvenientes al momento de la evaluacion, ya que el comite evaluador puede entender que el instrumento si o si cuente con Carga continua de muestras.		05-11-2021	08:51:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a las modificaciones de la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		17-12-2021	09:41:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
La capacidad de detección de coágulos, burbujas y volúmenes de muestra y reactivo podría ser opcional? Teniendo en cuenta que un equipo de PCR estándar no está preparado con este sistema, para poder permitir una mayor cantidad de oferentes, cumpliendo con los principios igualdad de oportunidades de la Ley 2051/03		05-11-2021	09:01:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a las modificaciones de la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		17-12-2021	09:42:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita a la convocante y amparados en los principios igualdad y libre competencia de la Ley 2051/03 la posibilidad de ofertar 2 equipos que realizan la determinación de 96 muestras en total, a fin de lograr mayor rendimiento en el procesamiento y cumplir con las características solicitadas?		05-11-2021	09:05:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a las modificaciones de la última versión del Pliego de Bases y Condiciones		17-12-2021	09:42:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
La capacidad de carga de muestras continua, puede dejarse como requisito opcional?, considerando que el flujo de trabajo en un banco de sangre no hace que sea indispensable la inclusión de muestras adicionales una vez que se lance la corrida.		05-11-2021	09:10:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	17-12-2021	09:43:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Copia de Contratos y/o Facturas que avalen la experiencia requerida. No se observa los años que abarque la experiencia que la convocante requiere en esta experiencia en particular (contratos y/o facturas)	05-11-2021	09:17:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	17-12-2021	09:44:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Experiencia: donde dice Demostrar la experiencia en adquisición de 2 años como mínimo en la provisión de reactivos de diagnóstico e insumos y/o reactivos de biología molecular a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) solicitamos que sean tenido también en cuenta venta de insumos y/o equipos médicos 2. Solicitamos eliminar donde dice: El equipo debe tener la capacidad de detección de coágulos, burbujas y volúmenes de muestras y reactivos insuficientes, reduciendo errores analíticos. Debido a que las muestras pasan por un proceso anterior para la eliminación justamente de estos cuagulos. 3. Solicitamos eliminar el punto Se solicita un sistema integrado que automatice la preparación y el análisis de muestras. El oferente debe proveer requisitos que deben cumplir las muestras para la realización del análisis. Debido a que direcciona a una sola marca. 4. Solicitamos eliminar el punto: El equipo debe ser totalmente automatizado e integrado y deben combinar las funciones de instrumentación, consumibles, reactivos, software y gestión de datos para proporcionar un flujo de trabajo eficiente desde el procesamiento de la muestra hasta la obtención del resultado. Debido a que solo direcciona a una marca 5. Donde dice: Las presentaciones de todos los reactivos deberán ser identificados por códigos de barras solicitamos eliminar éste punto, ya que nuestro equipo no lo necesita	05-11-2021	09:17:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	17-12-2021	09:44:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Experiencia: donde dice Demostrar la experiencia en adquisición de 2 años como mínimo en la provisión de reactivos de diagnóstico e insumos y/o reactivos de biología molecular a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) solicitamos que sean tenido también en cuenta venta de insumos y/o equipos médicos	05-11-2021	09:17:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	17-12-2021	09:45:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2. Solicitamos eliminar donde dice: El equipo debe tener la capacidad de detección de coágulos, burbujas y volúmenes de muestras y reactivos insuficientes, reduciendo errores analíticos. Debido a que las muestras pasan por un proceso anterior para la eliminación justamente de estos cuagulos	05-11-2021	09:18:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	17-12-2021	09:46:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Experiencia: donde dice Demostrar la experiencia en adquisición de 2 años como mínimo en la provisión de reactivos de diagnóstico e insumos y/o reactivos de biología molecular a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) solicitamos que sean tenido también en cuenta venta de insumos y/o equipos médicos	05-11-2021	09:18:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	17-12-2021	09:47:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2. Solicitamos eliminar donde dice: El equipo debe tener la capacidad de detección de coágulos, burbujas y volúmenes de muestras y reactivos insuficientes, reduciendo errores analíticos. Debido a que las muestras pasan por un proceso anterior para la eliminación justamente de estos cuagulos.	05-11-2021	09:18:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	17-12-2021	09:49:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3. Solicitamos eliminar el punto Se solicita un sistema integrado que automatice la preparación y el análisis de muestras. El oferente debe proveer requisitos que deben cumplir las muestras para la realización del análisis. Debido a que direcciona a una sola marca.	05-11-2021	09:19:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	17-12-2021	09:49:53

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4. Solicitamos eliminar el punto: El equipo debe ser totalmente automatizado e integrado y deben combinar las funciones de instrumentación, consumibles, reactivos, software y gestión de datos para proporcionar un flujo de trabajo eficiente desde el procesamiento de la muestra hasta la obtención del resultado. Debido a que solo direcciona a una marca	05-11-2021	09:19:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	17-12-2021	09:50:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4. Solicitamos eliminar el punto: El equipo debe ser totalmente automatizado e integrado y deben combinar las funciones de instrumentación, consumibles, reactivos, software y gestión de datos para proporcionar un flujo de trabajo eficiente desde el procesamiento de la muestra hasta la obtención del resultado. Debido a que solo direcciona a una marca	05-11-2021	09:19:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	17-12-2021	09:51:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5. Donde dice: Las presentaciones de todos los reactivos deberán ser identificados por códigos de barras solicitamos eliminar éste punto, ya que nuestro equipo no lo necesita	05-11-2021	09:20:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	17-12-2021	09:52:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Donde dice: OMS: 150 UI/ml para el HIV, 24 UI/ml para HBV y 30 UI/ml para el HCV (WHO Technical Report Series, No. 1004, 2017), con un intervalo de confianza mayor o igual al 95% para los tres marcadores virales, especificidad mínima 99%, capacidad de detectar variantes/subtipos, trazabilidad de reactivos y resultados, controles de desempeño de cada una de las etapas del proceso (control negativo/control de contaminación, control positivo, y control interno/controles de inhibición descripción enunciativa no limitativa) y calibradores. solicitamos eliminar debido a que direcciona solo a una marca	05-11-2021	09:23:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	17-12-2021	09:52:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6. Donde dice: con un sistema de monitoreo y trazabilidad permanente en las determinaciones y resultados, mediante el software del equipo. solicitamos eliminar debido a que direcciona solo a una marca	05-11-2021	09:23:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	17-12-2021	09:53:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En Requisitos documentales para evaluar la Capacidad Técnica de la versión 6 de la LPN SBE 85/21 se ha suprimido y reemplazado el Punto F de la pág. 23/46 de la versión 1 por folletos o catálogos de los bienes solicitados en el idioma español. Se deja constancia que el Registro Sanitario y Certificado de Libre Venta como IVD otorgado por la Autoridad Sanitaria de países con alta vigilancia sanitaria, según MERCOSUR/GMC/RES N.º 79/96 REGISTRO INTRAZONA DE PRODUCTOS DIAGNÓSTICOS DE USO IN-VITRO es un requisito ineludible para alcanzar el objetivo de este llamado, como así también para dar cumplimiento a la Ley 3441 de Sangre que garantiza el acceso eficiente, oportuno a sangre segura. Solicitamos que el requisito sea repuesto atendiendo que es la garantía mínima de calidad que se necesita para evaluar al reactivo ofertado.	14-12-2021	11:07:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	22-06-2022	08:08:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En Requisitos documentales para evaluar la Capacidad Técnica de la versión 6 de la LPN SBE 85/21 se ha suprimido y reemplazado el Punto F de la pág. 23/46 de la versión 1 por folletos o catálogos de los bienes solicitados en el idioma español. Se deja constancia que el Registro Sanitario y Certificado de Libre Venta como IVD otorgado por la Autoridad Sanitaria de países con alta vigilancia sanitaria, según MERCOSUR/GMC/RES N.º 79/96 REGISTRO INTRAZONA DE PRODUCTOS DIAGNÓSTICOS DE USO IN-VITRO es un requisito ineludible para alcanzar el objetivo de este llamado, como así también para dar cumplimiento a la Ley 3441 de Sangre que garantiza el acceso eficiente, oportuno a sangre segura. CONSULTAMOS a la convocante aclarar si se requiere un producto IVD?	14-12-2021	11:10:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	22-06-2022	08:08:17
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESPECIFICACIONES TECNICAS: La última versión 6 del Pliego, pág. 27/47, indica que la carga podrá ser continua o no, los resultados finales de detección, deben ser obtenidos en un tiempo no mayor de 05 (cinco) horas desde iniciada una corrida para una capacidad mínima de 48 pruebas. Esto no coincide con el objeto del llamado, ni es suficiente para alcanzar los fines y propósitos que requiere un llamado de test tan específicos como lo son los de amplificación de Ácidos Nucleicos. Al reducir el número de pruebas, se compromete la provisión eficiente y oportuna en tiempo y forma de sangre segura. Solicitamos que los servicios revean lo expuesto.	14-12-2021	11:15:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	22-06-2022	08:08:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESPECIFICACIONES TECNICAS: En la última versión 6 del Pliego de Bases y Condiciones, dentro de las especificaciones técnicas se ha establecido que la carga podrá ser continua o no. La carga para este tipo de llamado debe ser CONTINUA. Justamente es esta característica la que proporciona al servicio de sangre el procesamiento continuo de las muestras conforme al ingreso de donantes, esto a su vez contribuye a la no interrupción del trabajo. De no ser la carga continua la prestación se verá afectada y se tornara ineficiente dicha característica se opone a Ley de Sangre 3441. Solicitamos elevar la consulta a los servicios para la evaluación correcta y modificación a los fines eficientes.	14-12-2021	11:18:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	22-06-2022	08:09:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la versión 6 del PBC página 27/47, Punto 1, se solicitan 2 (dos) equipos que deberán procesar la cantidad de 96 muestras en un máximo de 2 equipos. ¿Consultamos si se refiere a muestras de donantes?	14-12-2021	11:26:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	22-06-2022	08:09:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la versión 6 del PBC página 27/47, Punto 1: Referente a la capacidad de muestra de donantes requerida por la Institución de 96 muestras en 2 (dos) equipos. ¿Podrían aclarar si uno de esos dos es el que será utilizado como back up o hay que presentar un tercero como tal? La especificación actual no es congruente. -	14-12-2021	11:31:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	22-06-2022	08:09:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EQUIPO EN COMODATO PARA LAS DETERMINACIONES DE TAMIZAJE POR NAT EN SANGRE Atendiendo a que tanto la detección de burbujas como de volumen de muestra indicado y de reactivos, son parte crucial al momento de asegurar la calidad de los resultados aumentando la seguridad y disminuyendo la probabilidad de resultados erróneos como falsos negativos. Sírvese confirmar la Convocante si la especificación técnica de la versión 6, pág. 27/47, Consultamos: ¿sí cuando individualiza sensor de volúmenes de líquidos se refiere a detección de volumen de muestras y de reactivos o a la detección de reactivos únicamente?	14-12-2021	11:40:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	22-06-2022	08:10:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante aclarar si los Sistemas que se deben ofertar son Sistemas cerrados?	14-12-2021	11:43:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	22-06-2022	08:10:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podría La Convocante decirnos si: solicita plataformas abiertas que permitan la utilización de diferentes marcas de reactivos?	14-12-2021	12:43:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	22-06-2022	08:10:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cuando establece en la versión nueva que la "Carga podrá ser continua o no" y considerando que los resultados finales deben estar en menos de 5 horas, para 48 muestras o mas, No podrán cumplirse ambas premisa al mismo tiempo. Ya que la rapidez se basa en que la carga sea continua. De no ser así, se deberá esperar que el equipo termine de procesar para volver a procesar de nuevo, acarreando retrasos en resultados de Pacientes. Solicitamos se considere dejar en CARGA CONTINUA.	14-12-2021	13:02:59
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	22-06-2022	08:10:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el mercado existen varios tipos de equipos, algunos son de sistema abierto y otros de sistema cerrados. Se solicita aclarar si solicitan SISTEMA ABIERTO O SISTEMA CERRADO.	14-12-2021	13:05:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	22-06-2022	08:11:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Segun la versión 6 del PBC, se debe presentar dos equipos y uno de back up, se solicita aclaración, si en total son 3 equipos, 2 a utilizarse y 1 de back up o son 2 equipos, 1 utilizable y 1 de back up.	14-12-2021	13:10:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	22-06-2022	08:11:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El documento el Certificado de Libre Venta como IVD es un requisito fundamental y solicitamos que sea incluido entre lo solicitado. Estamos Hablando de Banco de Sangre, deben ser productos altamente aprobados para tal efecto ya que NO hacen Diagnostico sino que Prepara HEMODERIVADOS que serán utilizado para introducir en paciente con fines terapéuticos. Deben solicitar todos los documentos que acrediten los reactivos para tal efecto.	14-12-2021	13:15:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	22-06-2022	08:11:27

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: BIOANALISIS SRL - RUC: 80024150-9			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508004960	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	11-11-2021	15-11-2021	18-02-2023
4960-1	Endoso de Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	20-12-2021	23-06-2022	21-09-2022
4960-2	Endoso de Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	28-06-2022	21-09-2022	18-02-2023
Oferente: INDEX S.A.C.I. - RUC: 80002742-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508053913 - END.: 000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	28-06-2022	01-07-2022	17-01-2023
Oferente: G T SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508006446	Póliza	Aseguradora Yacyreta S.A.	30-06-2022	30-06-2022	25-01-2023

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Ofertante: G T SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6		Categoría: Sin categorizar		Nro. Ofertante: 3	

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	41116134-9981	Test de Amplificación de Ácidos Nucleicos					78000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOANALISIS SRL - 80024150-9	ROCHE	ROCHE	NA	ALEMANIA		470.000	36.660.000.000
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	PROCLEIX ULTRIO ELITE ASSAY	Diagnostics Grifols	N/A	Francia / E.E.U.U.	Test de Amplificación de Ácidos Nucleicos	470.000	36.660.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Adaltis	Adaltis	no aplica	Italia		508.300	39.647.400.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - ADQUISICION DE TEST DE AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN CARACTER DE COMODATOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUCIONAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	34.593.000.000	01-07-2022	08:32:11.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	801ab78baa811f8e4a3c07246ad8c157	
BIOANALISIS SRL - 80024150-9	34.600.000.000	01-07-2022	08:33:45.946	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	690fca30e188d0389cac7a27383abc84	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	34.690.000.000	01-07-2022	08:29:38.696	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a90badd0b1eb48afd9cf3efbf8cb365e	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	34.866.000.000	01-07-2022	08:28:34.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c38e9178aa3dd41d31282fd95c12d79	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	36.000.000.000	01-07-2022	08:28:02.116	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	412bff3a2da768468680222d718da6f7	
BIOANALISIS SRL - 80024150-9	36.270.000.000	01-07-2022	08:27:30.518	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66eebd472c214fcb60c6491cde89dd8	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	36.660.000.000	01-07-2022	08:01:04.334	Propuesta
		Código Verificador:	711d1f9e70f40a0e7f0dc45156e0ffe6	
BIOANALISIS SRL - 80024150-9	36.660.000.000	01-07-2022	08:01:04.365	Propuesta
		Código Verificador:	87e7ed63c2f41e6b3331cc13af40d416	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	39.647.400.000	01-07-2022	08:01:04.367	Propuesta
		Código Verificador:	ea846513bb010a85d56afebf9d9f8226	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - ADQUISICION DE TEST DE AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN CARACTER DE COMODATOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUCIONAL

Oferente	Mejor Precio
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	34.593.000.000
BIOANALISIS SRL - 80024150-9	34.600.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	34.690.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002742-6 - INDEX S.A.C.I.

Item	Precio Ganador
1 - ADQUISICION DE TEST DE AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN CARACTER DE COMODATOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUCIONAL	34.593.000.000

Listado de Mensajes

1 - ADQUISICION DE TEST DE AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN CARACTER DE COMODATOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUCIONAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-07-2022	08:12:59.936
Buenos días, comenzamos la Subasta.	01-07-2022	08:13:13.454
Señores bajen sus precios.	01-07-2022	08:15:20.353
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	01-07-2022	08:15:46.919
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	01-07-2022	08:16:16.405
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	01-07-2022	08:18:20.721
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-07-2022	08:21:21.627
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-07-2022	08:21:23.686
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-07-2022	08:27:24.047
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-07-2022	08:36:11.272
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-07-2022	08:36:11.588

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.