

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 399197

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:36 del día 27/7/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 399197 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X FIJO de la Institución:

Código Verificador: 702df594dfa01d7acdd1ca24947b9b66

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio del Interior
UOC:	Policia Nacional
Código SICP:	1050

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Haciendo referencia a algunas especificaciones técnicas detalladas para el equipo sugerimos las siguientes modificaciones: EETT solicitada: 5.4 Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 700mAs o más EETT Propuesta: 5.4 Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 800mAs o más Justificación: Un mayor rango de mAs permite obtener una mejor imagen principalmente en pacientes obesos en las zonas del tórax ya sean exposiciones de tórax o columna.		05-07-2021	11:23:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara en adenda el punto: 5.4 Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 800mAs o más.		09-07-2021	15:42:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Referente a las especificaciones técnicas, capacidad técnica, solicitamos amablemente, pueda considerar los siguientes puntos, y agregar a los requerimientos: • Autorización de Importación/Exportación de Fuentes de Radiación Ionizante. • Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos Generadores de Radiación Ionizante de Categoría 4 y 5. • Autorización Individual del plantel técnico como Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE). Al menos 1 personal de la empresa oferente. • Con al menos un ingeniero biomédico o similar con registro expedido del mspybs, para garantizar el servicio técnico.		05-07-2021	23:49:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		09-07-2021	15:42:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Referente a las especificaciones técnicas, capacidad técnica, solicitamos amablemente, pueda considerar los siguientes puntos, y agregar a los requerimientos: • Autorización de Importación/Exportación de Fuentes de Radiación Ionizante. • Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos Generadores de Radiación Ionizante de Categoría 4 y 5. • Autorización Individual del plantel técnico como Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE). Al menos 1 personal de la empresa oferente. • Con al menos un ingeniero biomédico o similar con registro expedido del mspybs, para garantizar el servicio técnico. De esta manera, se puede garantizar la capacidad técnica de la empresa en cuanto a lo que respecta a la provisión del equipo y del posterior servicio técnico.		05-07-2021	23:50:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		09-07-2021	15:43:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Especificaciones técnicas índice N°2.1 Donde dice "Mesa fija con altura de 72.5cm o menos, con superficie flotante". Solicitamos amablemente a la convocante que modifique a "Mesa de altura ajustable". Permitiendo así mayor prestación del servicio, teniendo en cuenta que para pacientes obesos el campo de trabajo para colimación genera incomodidades a la hora de realizar estudios.</p>	06-07-2021	09:36:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.	09-07-2021	15:43:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece el pago en concepto de Anticipo del 20%. Se consulta a la Convocante el plazo en el cual se abonará el pago en concepto de anticipo contados a partir del pedido realizado por el adjudicado.	06-07-2021	09:37:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La solicitud de pago del anticipo del 20% por parte del proveedor adjudicado podrá realizarse una vez recibida la orden de compra.	09-07-2021	15:43:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC- Solicitud de Anticipo, punto 7 se establece: La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique Se consulta a la Convocante cuál será el plan de amortización de anticipo pues el mismo no se encuentra establecido en la proforma de contrato publicada en el SICP.	06-07-2021	09:56:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La solicitud de pago del anticipo del 20% por parte del proveedor adjudicado podrá realizarse una vez recibida la orden de compra, su amortización se descontará de cada factura equivalente de acuerdo con lo pactado con el contratista.	09-07-2021	15:44:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan la entrega de los bienes en un plazo no mayor a 35 (treinta y cinco) días hábiles contados desde el día siguiente posterior a la recepción de la Orden de compra emitida por parte de la Tesorería. Considerando los plazos de producción e importación de los productos solicitamos extender este plazo a 90 (noventa) días hábiles contados desde el día siguiente posterior a la recepción de la Orden de compra emitida por parte de la Tesorería, de manera de dar posibilidad de participación a un mayor número de oferentes.	06-07-2021	09:56:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	09-07-2021	15:45:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 2.2 Solicitan: Ancho de la superficie de la mesa de 80 cm o más De manera a permitir realizar estudios a un mayor rango de pacientes, sugerimos soliciten: Ancho de la superficie de la mesa de al menos 90cm.	06-07-2021	09:57:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	09-07-2021	15:45:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 2.5 Solicitan: Movimiento longitudinal de ± 42 cm o mayor Solicitamos permitan cotizar equipos con Movimiento longitudinal de al menos ± 41 cm, de manera a permitir una mayor participación de oferentes.	06-07-2021	09:57:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	09-07-2021	15:45:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 2.6 Solicitan: Movimiento transversal de ± 12 cm o mayor Sugerimos soliciten Movimiento transversal de al menos ± 14.5 cm	06-07-2021	09:58:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado no limita participantes que presenten un equipo con Movimiento transversal de 14.5cm.	09-07-2021	15:45:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 2.7 Solicitan Distancia foco-detector de 115cm o superior Solicitamos permitan cotizar Distancia foco-detector de 115 ± 1 cm de manera a permitir una mayor participación de oferentes.	06-07-2021	09:58:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	09-07-2021	15:46:04
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
*En el punto 2.7 Solicitan Distancia foco-detector de 115cm o superior Solicitamos permitan cotizar Distancia foco-detector de 115 ± 1 cm de manera a permitir una mayor participación de oferentes.	06-07-2021	09:58:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	09-07-2021	15:46:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.9 Solicitan: "Seguimiento longitudinal del detector con respecto al tubo (para mantener el centrado)" Considerando que esta tecnología de automatismo del equipo, no aporte ninguna funcionalidad clínica, sugerimos eliminar este requerimiento, de manera a no incrementar los costos del equipo innecesariamente.	06-07-2021	09:59:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	09-07-2021	15:46:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.1 Solicitan: "Rango de recorrido longitudinal de 225cm o mayor, de la columna/soporte porta tubo" Sugerimos soliciten Rango de recorrido longitudinal de al menos 240 cm, de manera a posibilitar la realización de una mayor variedad de estudios.	06-07-2021	09:59:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Lo solicitado no limita participantes que presenten un equipo con recorrido longitudinal de 240cm.	09-07-2021	15:47:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se Consulta a la Convocante el plazo de vigencia de la Garantía de Anticipo.	06-07-2021	09:59:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La solicitud de pago del anticipo del 20% por parte del proveedor adjudicado podrá realizarse una vez recibida la orden de compra. Igual a la vigencia del contrato	09-07-2021	15:47:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.2 Solicitan: "Rango de recorrido vertical de 145cm o mayor" Sugerimos modificar este requerimiento por Rango de recorrido vertical de al menos 155 cm, de manera a posibilitar la realización de una mayor variedad de estudios, como así también eliminar el requerimiento "motorizado" Considerando que esta tecnología de automatismo del equipo, no aporta ninguna funcionalidad clínica, de manera a no incrementar los costos del equipo innecesariamente.	06-07-2021	09:59:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consideraremos el segundo punto solicitado, accediendo la participación de equipos con recorrido motorizado o manual. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-07-2021	15:47:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.3 Solicitan: "Rotación del soporte de la columna de ±180° o mayor" Solicitamos permitan cotizar equipos con Rotación del soporte de la columna de ±90° o mayor de manera a permitir una mayor participación de oferentes.	06-07-2021	10:00:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	09-07-2021	15:48:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.5 Solicitan: Soporte del tubo con pantalla táctil de 9" o mayor, con resolución de 1280x800 o mayor..." De manera a adquirir equipamiento con tecnología de vanguardia, sugerimos soliciten: Soporte del tubo con pantalla táctil de 10" o mayor, con resolución de 1024x768, o mayor.."	06-07-2021	10:00:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.	09-07-2021	15:48:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4,2 Solicitan: "Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 175cm o mayor del Bucky Mural" Sugerimos soliciten al menos Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 188 cm o mayor, lo que dará mayor versatilidad a la hora de realizar diversos tipos de estudios, en un mayor rango de tipo de pacientes.	06-07-2021	10:01:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Lo requerido no limita a equipos con mayores rangos de recorrido	09-07-2021	15:48:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.2 Solicitan: Potencia del generador de 55kW o mayor. Sugerimos soliciten al menos Potencia del generador de 65kW, lo que posibilitará la realización de una mayor variedad de estudio en una mayor rango de tipo de pacientes.	06-07-2021	10:01:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo requerido no limita la participación de equipos con mayor potencia.	09-07-2021	15:49:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.4 Solicitan: "Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 700mAs o más" Sugerimos soliciten Rango de mAs de 0,1mAs o menos a 800mAs o más, ya que una mayor rango permite una configuración de acuerdo a la necesidad, lo que influye directamente en la exposición al paciente.	06-07-2021	10:01:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	09-07-2021	15:49:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.5 Solicitan: Frecuencia del generador de 75kHz o mayor, sugerimos soliciten al menos Frecuencia del generador de 200kHz o mayor, ya que este parámetro incrementa la eficiencia del equipo, por ser de tecnología superior.	06-07-2021	10:02:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado no limita la participación de generadores con frecuencia mayor.	09-07-2021	15:51:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.7 Solicitan: Tiempo de exposición máximo de 4s o menor, Solicitamos permitan cotizar equipos con Tiempo de exposición máximo de 6,5s o menor, ya que este parámetro es configurable y depende de la tecnica requerida para la obtención de las imagenes , contando con un mayor rango de configuración, también se obtiene una mayor versatilidad al momento de realizar diversos tipos de estudios.	06-07-2021	10:02:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	09-07-2021	15:53:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.8 Solicitan: El generador debe estar integrado a la base de la mesa del paciente. Considerando la seguridad e integridad del paciente, sugerimos eliminar este requerimiento, por el riesgo que implica.	06-07-2021	10:03:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	09-07-2021	15:53:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.2 Solicitan:"Capacidad calórica del anodo de 320kHU o mayor" Sugerimos soliciten Capacidad calórica del anodo de al menos 400kHU, de manera a obtener equipos más potentes.	06-07-2021	10:03:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	09-07-2021	15:53:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.5 Solicitan: "Colimación automática motorizada"Sugerimos soliciten: Colimación automática motorizada con rotación de 360°	06-07-2021	10:03:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Consideramos que ese cambio encarecería costos.	09-07-2021	15:54:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7.2 Solicitan: Tamaño de área activa de los detectores de 42cm x 42cm o mayor Sugerimos soliciten Tamaño de área activa de los detectores de 42,7 cm x 42,7 cm o mayor de manera a conseguir un mejor aprovechamiento del tamaño del detector.	06-07-2021	10:04:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Consideramos que lo solicitado no limita a los oferentes	09-07-2021	15:54:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7.3 Solicitan: "Matriz de los detectores de 2520 x 3052 o mayor" Sugerimos soliciten al menos Matriz de los detectores de 3072 x 3072 o mayor, lo que incide directamente en la definición de las imágenes obtenidas por el detector.	06-07-2021	10:04:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Consideramos que lo solicitado no limita a los oferentes	09-07-2021	15:54:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7.7 Solicitan: "Transmisión de datos menor a 4s para previsualización y menor a 8s para imagen completa." Sugerimos soliciten Transmisión de datos menor a 2s para previsualización y menor a 5,5s para imagen completa,	06-07-2021	10:05:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	09-07-2021	15:55:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7.7 Solicitan: Peso del detector de 4,5kg o menor. Solicitamos permitan cotizar equipos con Peso del detector de 4,7kg o menor, considerando que esta diferencia no influye significativamente.	06-07-2021	10:05:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	09-07-2021	15:55:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Especificaciones Técnicas. En el Punto 3, índice N°3.2 donde dice "Rango de recorrido vertical de 145cm o mayor, motorizado". Solicitamos amablemente a la convocante que se modifique a un mayor rango de recorrido vertical para que permita el uso de paciente en camillas considerando que existen ocasiones en que esta necesaria para la comodidad del uso del mismo.	06-07-2021	10:16:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Consideramos que lo solicitado no limita a los oferentes.	09-07-2021	15:55:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece el pago en concepto de Anticipo del 20%. Se consulta a la Convocante el plazo en el cual se abonará el pago en concepto de anticipo contados a partir del pedido realizado por el adjudicado.	06-07-2021	10:29:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La solicitud de pago del anticipo del 20% por parte del proveedor adjudicado podrá realizarse una vez recibida la orden de compra.	09-07-2021	15:56:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante incluir los siguientes documentos para demostrar su capacidad técnica: K. Constancia de Inscripción como empresa encargada de realizar Importación de Fuentes de Radiación Ionizante, emitido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. L. Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos Generadores de Radiación Ionizante Categorías 4 y 5, emitido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. Ello en cumplimiento a lo establecido en la Ley 5169/14 y la Resolución D-ARRN N° 26/16	06-07-2021	10:46:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	09-07-2021	15:56:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página 40 del PBC se establece: "El precio del contrato estará sujeto a reajustes, la fórmula se basa en la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC) publicado por el BCP. " Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación a la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados y no sólo el salario mínimo. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente: Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.	06-07-2021	10:49:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo requerido se encuentra reglamentado por la DNCP.	09-07-2021	15:56:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta a la Convocante la modificación del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes sea del: 0.01% por cada día de atraso, en el marco de la equidad entre los contratantes.	06-07-2021	10:50:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-07-2021	15:57:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
inciso c) Donde dice:" Los equipos entregados deberán tener Garantía de 2 años, como mínimo. Dicha garantía deberá incluir provisión de repuestos y mantenimientos correctivos y preventivos, según lo establecido en las Especificaciones técnicas del PBC". Solicitamos a la Convocante aclarar y/o establecer que la garantía de recambio de repuestos aplicará sólo por defectos originales de Fábrica, no así por desgaste, daños y/o golpes ocasionados, pues la naturaleza de las garantías del bien no implica reposiciones por daños causados por el deterioro a consecuencia del uso, el correr del tiempo o daños ocasionados por el usuario. Asimismo, se solicita a la Convocante aclarar que la Garantía de recambio incluirá soporte de mantenimiento Preventivo de forma semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00hs.	06-07-2021	10:54:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos garantía de 2 años, con provisión de repuestos y mantenimiento correctivo y preventivo de repuestos. Estos repuestos aplican a defectos originales de fábrica, no así por repuestos que sufran deterioro por el uso o daños ocasionados por el usuario. Remitirse a la Adenda.	09-07-2021	15:57:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De la visita al sitio técnica realizada al sitio se constató que existen dos salas de rayos x, sin identificación, numeración o individualización, por tanto se solicita a la Convocante establecer la identificación de la sala (Sea 1 o 2 o según criterio) que será utilizada para la instalación del equipo objeto del presente llamado, de modo a dar precisión a los oferentes en cuanto a la determinación de su oferta y evitar con ello cualquier tipo de confusión respecto al sitio donde realizarse los trabajos, más aún teniendo en cuenta que el acta solo menciona los sectores afectados, pudiendo ser estos cualquiera de las salas del área de imagen del Hospital.	06-07-2021	10:55:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La sala de rayos que será delegada para la instalación del equipo nuevo es la sala 1. La sala 2 cuenta con un equipo operativo	09-07-2021	15:57:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De la visita técnica realizada al sitio, se constató que en la sala se encuentra instalada actualmente un equipo de Rayos X fijo de la marca General Electric. Se solicita a la Convocante aclarar quién será el responsable de la desinstalación, desmontaje y retiro de dicho equipo, ya que la ubicación actual de este, no permitirá la adecuación edilicia e instalación de otro equipo de RX.	06-07-2021	10:57:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos a la empresa adjudicada el desmontaje y desinstalación del equipo, considerando que constituye parte de la adecuación de la sala	09-07-2021	15:58:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De la visita técnica realizada al sitio, se pudo constatar que la Sala cuenta con puertas y vidrio de diagnóstico plomados, pero no se pudo obtener información necesaria en relación a los valores de blindaje de plomo con la que cuentan. Solicitamos a la Convocante proveer la memoria de cálculo de protección radiológica de modo a que con la información los oferentes puedan validar las barreras de protección instaladas actualmente en la sala. Dicha información es técnicamente indispensable para estimar los costos de la oferta pues si la misma no cumple con el espesor necesario para el proyecto se deberá adecuar a los requerimientos, lo cual implicaría mayores costos de adecuación.	06-07-2021	10:59:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No contamos con registros ni documentación oficial que avale el espesor ni el blindaje de la sala 1, por lo que deberá incluirse en la adecuación de la sala.	09-07-2021	15:58:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Disponibilidad de Espacios Físicos. Durante la visita técnica, se constató la existencia de una sala (ex cuarto oscuro) ubicada en forma contigua a la Sala de RX destinada para la instalación del equipo, por lo que de manera a utilizar todas las funciones del equipo sin restricciones de movimientos, se solicita a la Convocante aclarar la posibilidad de anexar dicha sala contigua (ex cuarto oscuro) a la Sala RX del Servicio de Radiología del Hospital de Policía en el caso de que no provea las dimensiones necesarias para la instalación.	06-07-2021	11:01:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La sala contigua no estaría habilitada para la utilización	09-07-2021	15:58:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se consulta a la Convocante si las documentaciones (Página 20) a ser evaluadas para acreditar el cumplimiento de los criterios financieros deben ser de los años (2018, 2019 y 2020) y no (2017, 2018 y 2019) en concordancia a los índices establecidos en los criterios financieros a ser evaluados (Página 19) que establecen: el promedio en los (3) tres últimos años ...//...-	06-07-2021	11:04:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Deben ser de los años (2018-2019-2020).	09-07-2021	15:59:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página N° 25: Detalles de las Especificaciones Técnicas Donde dice: "Los equipos entregados deberán tener Garantía de 2 (dos) años a partir de la recepción del bien, como mínimo. Dicha garantía deberá incluir provisión de repuestos y mantenimientos correctivos y preventivos". Solicitamos a la Convocante realizar la que la garantía de recambio de repuestos aplicará sólo por defectos originales de Fábrica, no así por desgaste, daños y/o golpes ocasionados. Aclarar que La Garantía incluirá soporte de mantenimiento Preventivo de forma semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00hs.	06-07-2021	11:07:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos garantía de 2 años, con provisión de repuestos y mantenimiento correctivo y preventivo de repuestos. Estos repuestos aplican a defectos originales de fábrica, no así por repuestos que sufran deterioro por el uso o daños ocasionados por el usuario. Remitirse a la Adenda	09-07-2021	15:59:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto N°5. Índice 5.2 donde dice "Potencia del generador de 55kW o mayor" Solicitamos amablemente a la convocante elevar este requerimiento a 60KW o superior permitiendo así adquirir un equipo de mayor calidad y prestaciones	06-07-2021	11:17:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Consideramos que lo solicitado no limita a los oferentes	09-07-2021	15:59:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante evaluar los plazos de entrega solicitados en el PBC, esto es: 35 días hábiles posteriores a la recepción de orden de compra Habiéndose analizado los elementos considerados para la elaboración del precio referencial, se observó lo siguiente: 1. Por un lado, fueron tomados como base para el análisis contratos adjudicados en los años 2017 y 2018. 2. También fue analizada la cotización de un proveedor que contempla en el plazo de entrega la modalidad de flete marítimo, cuyo plazo de importación es mucho más extenso al solicitado en el presente llamado 3. Así mismo, cabe destacar que el contexto de pandemia en el cual nos encontramos ha elevado significativamente los precios de fletes aéreos (por la escasez de vuelos) e impactado en los tiempos de proceso para fletes, tanto por vía aérea como marítima. Finalmente, el plazo establecido por la Convocante es muy corto, tendiendo que los bienes son importados y los plazos deben ser estimados de acuerdo a diversos factores: a) Fabricación; b) Permisos administrativos del país de origen; c) Trámites aduaneros de exportación; d) Flete Internacional, entre otros. Ante la mencionada situación se propone: a. Ajustar los plazos de entrega a 90 días hábiles posteriores al pago del anticipo y la recepción de orden de compra (de manera a que los Oferentes contemplen importación por vía marítima) o; b. Ajustar el plazo de entrega a 60 días hábiles a partir del pago de anticipo y la recepción de orden de compra, y en consecuencia modificar el precio referencial en un 20% por encima del precio establecido, (de manera a que los Oferentes contemplen importación por vía aérea)	06-07-2021	11:29:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	09-07-2021	16:00:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto N° 5 Índice 5.4 Donde especifica "Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 700mAs o más " Solicitamos a la convocante un mayor rango de mAs 0,2mAs o menos a 900mAs o más esto no limita a la participación de oferentes y permite un equipo de mayor prestación técnica y de uso a la convocante.	06-07-2021	11:33:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	09-07-2021	16:00:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se observa en el Pliego de Bases y Condiciones en la página 30 – Plan de Entrega dice: ...//... posterior a la recepción de la Orden de compra emitida por parte de la Tesorería Solicitamos a la Convocante aclarar que dicha Orden de Compra será emitida una vez abonado el Anticipo y los plazos para la entrega del equipo serán contabilizados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. De esta forma se dará cumplimiento a lo establecido en el punto 6 del punto Solicitud de pago de anticipo y mencionado a continuación: En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.	06-07-2021	11:37:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El plazo de entrega del Bien es de 60 días hábiles. La solicitud de pago del anticipo del 20% por parte del proveedor adjudicado podrá realizarse una vez recibida la orden de compra	09-07-2021	16:00:34
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 5 Índice 5.4. Solicitamos a la convocante aclarar la corriente requerida (mA). Recomendamos que solicite de entre 10 y 800 mA. Esto evitará que empresas presenten equipos de 200 y 300 mA que alcanzan los mAs requerido en el mismo inciso. Los mAs pueden ser compensado con tiempos prolongados, el cual es perjudicial para el equipo, prolonga la exposición de los pacientes y de los trabajadores operacionales expuestos.	06-07-2021	11:42:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que los valores requeridos son de entre 500mA o superior de corriente. En generadores de alta eficiencia esto permitiría alcanzar valores de hasta 800mAs según se ha observado en prestaciones de varios equipos del mercado. Se aclara en adenda en el punto: 5.4 Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 700mAs o más. Valor de mA de 500mA o más.	09-07-2021	16:01:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 5 Inciso 5.5, Frecuencia del generador de 75kHz o mayor. Solicitamos a la convocante elevar este requerimiento a 600kHz o mayor, de esta manera la convocante obtendrá mejores prestaciones del equipo así como menor tiempo de exposición del paciente, menor tiempo de disparo, mejora la vida útil del equipo, y evitará que se oferte equipos con prestaciones limitadas no limitando a los oferentes presentar sus propuestas.	06-07-2021	12:35:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado	09-07-2021	16:01:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
punto 5.8 donde dice El generador debe estar integrado a la base de la mesa del paciente. solicitamos amablemente se puedan cotizar equipos que cuentan con los generadores externos a la mesa. esto se debe a que no todas las marcas cuentan con este tipo de sistema permitiendo así una mayor presentación de oferentes. esto no afectará el funcionamiento del equipo ni las prestaciones.	06-07-2021	12:35:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara en adenda en el punto: 5.8 EL generador debe estar integrado a la mesa del paciente o externos a la mesa.	09-07-2021	16:01:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante aclaración sobre los tipos de detectores. si van a ser fijos con cable en el bucky mural y sin cables en el bucky de mesa.	06-07-2021	12:40:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara en adenda en el ítem 7 Los detectores deberán ser inalámbricos.	09-07-2021	16:03:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice 8.4 Procesamiento de imágenes con optimización para la visualización de imágenes, específicamente de diferentes regiones de órganos (programas de órganos), al ser un equipo de altas prestaciones solicitamos a la convocante solicite que se puedan realizar Stitching de imágenes para radiografías de columna completa y otros estudios que lo requieran	06-07-2021	12:44:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara en adenda en el ítem 7 Los detectores deberán ser inalámbricos.	09-07-2021	16:02:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 8 Inciso N°8.1 Donde especifica "Con capacidad de almacenamiento de 10.000 imágenes o más" Solicitamos amablemente a la convocante que eleve el requerimiento a por lo menos "Con capacidad de almacenamiento de 100.000 imágenes o más", considerando que la cantidad específica (10.000) es muy baja por el volumen de estudios que se realiza en el servicio, se maneja un volumen de 70 placas por hora corroborado con la visita técnica realizada y según conversación con los técnicos operadores en el servicio.	06-07-2021	12:45:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Consideramos que lo solicitado no limita a los oferentes.	09-07-2021	16:04:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice. 10.2 Realizar capacitación para manejo del equipo por un período de al menos 8 horas. solicitamos amablemente a la convocante que la misma solicite una capacitación de como mínimo 3 días en turnos diferentes para así poder transmitir todo el curso a los diferentes funcionarios en distintos horarios. Dicho curso deberá ser llevado a cabo por un aplicacionista competente.	06-07-2021	12:48:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara en adenda el punto 10.2 Realizar capacitación para manejo del equipo por un período de al menos 5 días, para lograr un manejo óptimo del equipo por todo el personal técnico del servicio, llevado a cabo por profesional aplicacionista competente en el área	09-07-2021	16:04:36
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 10 Inciso 10.6 Donde dice "Desarrollar las preinstalaciones y adecuaciones necesarias para proceder con la instalación del equipo. Deben incluirse, por tanto, todos los materiales necesarios (conductores eléctricos, llaves termomagnéticas, fusibles, y otros sistemas de protección, etc.), mano de obra, adecuación de la sala (sistema de climatización y protección radiológica en paredes, ventana de diagnóstico y puertas), y todos los requerimientos necesarios para el buen funcionamiento del equipo, conforme a normas internacionales". Solicitamos a la convocante agregar al requerimiento, Documentaciones y gestiones necesarias para la habilitación de la sala ante la entidad reguladora, ARR-03 chalecos plomados con protector de tiroideos de 0,5mm de protección, 03 gafas plomadas de 0,5mm de protección, 03 guantes plomados. De esta manera la convocante obtendrá del oferente una gestión más completa tipo "llave en mano", y asegura la protección individual de los operarios.	06-07-2021	12:50:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consideramos que lo requerido no limita a los oferentes a ofrecer lo demás mencionado en la consulta. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-07-2021	16:04:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice Compatibilidad de conexión a impresora Fujifilm DRYPIX LITE. solicitamos amablemente a la convocante pueda solicitar lo siguiente Compatibilidad de conexión a impresora Fujifilm DRYPIX LITE.y provisión de impresora de placas de doble bandeja(01 bandeja de 14"x17" y 01 bandeja de 08"x10". con insumos. esto permitirá a la convocante acceder a una mejor prestación a la hora de imprimir los estudios. debido a que si la única impresora existen sale de servicio no se podrán realizar impresiones.	06-07-2021	12:52:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En relación a su consulta consideramos que lo requerido limitaría la participación de empresas de alta tecnología, teniendo en cuenta que elevaría los costos. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-07-2021	16:05:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2.1 donde dice Mesa fija con altura de 72.5cm o menos, con superficie flotante solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipo con altura de 80 cm y así dar participación a potenciales oferentes	06-07-2021	13:19:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado	09-07-2021	16:05:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3.1 donde dice Rango de recorrido longitudinal de 225cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipo con recorrido longitudinal de 201 cm o mayor, y así dar participación a potenciales oferentes	06-07-2021	13:20:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipos con mayor tecnología.	09-07-2021	16:05:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3.3 donde dice Rotación del soporte de la columna de $\pm 180^\circ$ o mayor solicitamos amablemente a la convocante corrija esta especificación a $\pm 90^\circ$, entendemos que hubo un error de tipeo o concepto ya que el recorrido total que hace el soporte de la columna es de 180° total	06-07-2021	13:33:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado	09-07-2021	16:05:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3.5 donde dice Soporte del tubo con pantalla táctil de 9" o mayor, con resolución de 1280x800 o mayor, con capacidad para: - Configurar los parámetros de exposición. -Seleccionar los programas de órgano. - Ver información del paciente. -Control de movimientos. Solicitamos amablemente a la convocante que permita cotizar equipos con pantalla táctil en el soporte del tubo de 4 y que los requerimientos de control a realizar en esta pantalla este relacionada a las funciones que se tiene con el tubo y no con las funciones de operaciones que se realiza desde la consola del equipo. Sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera y de esta forma dar participación a potenciales oferentes: Soporte del tubo con pantalla táctil de 4 o superior con capacidad para: - Medición de la distancia imagen-detector. - Angulo de Rotación del Tubo. - Información de la Grilla. - Aviso o errores	06-07-2021	13:34:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipos con mayor tecnología.	09-07-2021	16:06:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 4.2 donde dice Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 175cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de recorrido vertical de 40 cm o menor a 175 cm o mayor, y así dar participación de potenciales oferentes	06-07-2021	13:34:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado	09-07-2021	16:06:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.2 donde dice Potencia del generador de 55kW o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con potencia de 50 kW y así dar participación a potenciales oferentes.	06-07-2021	13:35:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipos con mayor tecnología.	09-07-2021	16:06:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.4 donde dice Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 700mAs o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango superior de 600 mAs o mas, y así dar participación a potenciales oferentes. Entonces el ítem quedaría de la siguiente forma: 5.4 Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 600mAs o más	06-07-2021	13:35:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipos con mayor tecnología.	09-07-2021	16:06:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.7 donde dice Tiempo de exposición máximo de 4s o menor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo de exposición máximo de 7 seg o menor, y así dar participación a potenciales oferentes.	06-07-2021	13:36:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	09-07-2021	16:07:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.8 donde dice El generador debe estar integrado a la base de la mesa del paciente solicitamos amablemente a la convocante que el ítem sea opcional, ya que esta característica depende de cada fabricante y así se daría participación a potenciales oferentes.	06-07-2021	13:36:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara el punto 6.3 Capacidad calórica de la carcaza del tubo de 1200 kHU/min o mayor. Remitirse a la Adenda.	09-07-2021	16:07:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.3 donde dice Capacidad calórica de la carcaza del tubo de 1200kHU o mayor solicitamos amablemente a la convocante aclarar la unidad de medida de la capacidad calórica, ya que usualmente la unidad de medida que se utiliza es HU/MIN. Sugerimos aclarar el ítem de la siguiente manera: Capacidad calórica de la carcaza del tubo de 12000 HU/min o mayor	06-07-2021	13:37:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara el punto 6.3 Capacidad calórica de la carcaza del tubo de 1200 kHU/min o mayor. Remitirse a la Adenda.	09-07-2021	16:08:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.4 donde dice Puntos focales: foco fino 0,6mm o menor / foco grueso 1,2mm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con foco grueso de al menos 1mm y así dar participación de potenciales oferentes.	06-07-2021	13:38:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipos con mayor tecnología.	09-07-2021	16:08:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.2 donde dice Tamaño de área activa de los detectores de 42cm x 42cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar detectores de tamaño 35 cm x 42 cm o superior, y así dar participación de potenciales oferentes	06-07-2021	13:38:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipos con mayor tecnología	09-07-2021	16:09:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.3 donde dice Matriz de los detectores de 2520 x 3052 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar detectores de 2400 x 300 o mayor de matriz y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes.	06-07-2021	13:38:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipos con mayor tecnología	09-07-2021	16:09:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.6 donde dice Resolución espacial de 3,4 lp/mm solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con mejor resolución espacial, de esta manera solicitamos aclarar el ítem de la siguiente manera: Resolución espacial de 3,4 lp/mm o mayor.	06-07-2021	13:39:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara en adenda el punto 7.6 resolución espacial de 3,4 lp/mm o mayor.	09-07-2021	16:09:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.7 donde dice Autonomía de hasta 6 horas o más durante uso regular. solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con autonomía de al menos 3 horas y así dar participación de potenciales oferentes.	06-07-2021	13:39:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipos con mayor tecnología	09-07-2021	16:10:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la visita técnica realizada al sitio donde será instalado el equipo a ser proveído, se constató que en la sala se encuentra instalada actualmente un equipo de Rayos X fijo de la marca General Electric. Se solicita amablemente a la Convocante aclarar a cargo de quien estará la desinstalación, de dicho equipo.	06-07-2021	14:13:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara en adenda que el equipo fijo de la marca General Electric quedara a cargo de la empresa adjudicada.	09-07-2021	16:10:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan la entrega de equipo en un plazo no mayor a 35 (treinta y cinco) días hábiles contados desde el día siguiente posterior a la recepción de la Orden de compra emitida por parte de la Tesorería. Teniendo en cuenta que la mayoría de los fabricantes de equipos se encuentran instalados en Asia, y considerando los equipos son fabricados sobre pedido de acuerdo a las especificaciones requeridas, esto hace que los plazos de producción e importación de los productos sean superiores al plazo otorgado. Por esta razón solicitamos extender este plazo a de entrega a 90 (noventa) días hábiles contados desde el día siguiente posterior a la recepción de la Orden de compra emitida por parte de la Tesorería, de manera de dar posibilidad de participación a un mayor número de oferentes.	06-07-2021	14:14:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara en adenda plazo de entrega no mayor a 60 días hábiles	09-07-2021	16:10:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3-2 donde dice "Rango de recorrido vertical de 145cm o mayor, motorizado". Solicitamos amablemente a la convocante ampliar este recorrido mínimo a fin de dar mayor comodidad y versatilidad en el uso del mismo	06-07-2021	14:16:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo requerido no limita la participación de oferentes.	09-07-2021	16:10:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3-2 donde dice "Rango de recorrido vertical de 145cm o mayor, motorizado". Solicitamos amablemente a la convocante permitir la participación de equipos que posean movimiento manual balanceado a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes y de reducir considerablemente los costos del equipo y que con esta modificación no se limitará la funcionalidad del equipo.	06-07-2021	14:16:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo requerido no limita la participación de oferentes	09-07-2021	16:11:12
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.5 Donde dice: "Colimación automática motorizada" Solicitamos permitir la participación de equipos con colimación manual a fin de dar mayor apertura a la participación de oferentes y que esto no perjudicará la funcionalidad del equipo y representará un ahorro en el costo del equipo.	06-07-2021	14:16:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.	09-07-2021	16:11:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.8 donde dice: El generador debe estar integrado a la base de la mesa del paciente. Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requisito, debido a que esta característica está reservada a generadores de menor potencia a lo solicitado.	06-07-2021	14:17:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	09-07-2021	16:11:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7- En el punto 5.5 donde dice: Frecuencia del generador de 75kHz o mayor, solicitamos permitir la participación de equipos con generadores de 50KHz o superior, ya que esta es una característica propia de cada fabricante, que no tiene un efecto en la calidad de los rayos x generados, y como consecuencia de las imágenes obtenidas. Además con este requisito solo están dirigiendo las especificaciones técnicas a determinados fabricantes excluyendo a otros que podrían ofrecer equipos de igual calidad.	06-07-2021	14:17:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo de mayor tecnología	09-07-2021	16:12:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.7 donde dice: Tiempo de exposición máximo de 4s o menor, Solicitamos permitan cotizar equipos con Tiempo de exposición máximo de hasta 10, ya que este parámetro es seleccionable por el operador y contar con un tiempo de exposición mayor puede significar realizar disparos con poca corriente lo cual redundaría en una mayor vida útil del tubo de rayos x.	06-07-2021	14:20:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	09-07-2021	16:12:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.2 donde dice: Potencia del generador de 55kW o mayor. Solicitamos a la convocante permitir la participación de equipos con generadores de 50Kw de potencia ya que generadores de esta capacidad cumplen con los requerimientos de una sala de rayos x para todo tipo de estudios posibles sin limitaciones.	06-07-2021	14:20:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología	09-07-2021	16:12:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
punto g. Copia simple del Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Solicitamos pueda presentarse copia de registro en Tramite, de manera a dar mayor participación a otros oferentes.	06-07-2021	14:20:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado	09-07-2021	16:12:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4-2 donde dice: "Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 175cm o mayor del Bucky Mural" Sugerimos soliciten al menos Rango de recorrido vertical de 40 cm o menor a 188 cm o mayor, a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes y de no limitar de expreso a ciertos fabricantes dirigiendo las especificaciones a determinados fabricantes.	06-07-2021	14:21:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología	09-07-2021	16:13:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

2.1 Solicitamos cambiar mesa fija, por mesa con altura ajustable. 3.2 Rango de recorrido vertical de 145cm o mayor, motorizado, solicitamos cambiar a recorrido vertical manual 140 o mayor. 3.4 Rango de rotación del tubo de Rayos X de $\pm 135^\circ$ o mayor, solicitamos cambiar por rotación de tubo de 120° o mayor. 5.2 Potencia del generador de 55kW o mayor, solicitamos cambiar por generador de 80kW o mayor. 7.3 Matriz de los detectores de 2520 x 3052 o mayor, solicitamos cambiar matriz 3028x3028 o mayor.	06-07-2021	14:21:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo requerido no limita a la participación de oferentes.	09-07-2021	16:13:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.5 donde dice: Soporte del tubo con pantalla táctil de 9" o mayor, con resolución de 1280x800 o mayor" Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requisito, a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes, y de no excluir de exprofeso a determinados fabricantes orientando las especificaciones.	06-07-2021	14:21:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología	09-07-2021	16:13:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.3 donde dice: "Rotación del soporte de la columna de $\pm 180^\circ$ o mayor" Solicitamos a la convocante permitir cotizar equipos con rotación del soporte de la columna de $\pm 90^\circ$ o mayor de manera a permitir una mayor participación de oferentes. Además la sala donde deberá ser instalado el equipo no posee suficiente espacio para que esta función sea utilizable, debido a las características de la sala.	06-07-2021	14:21:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología	09-07-2021	16:14:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.9 donde dice: "Seguimiento longitudinal del detector con respecto al tubo (para mantener el centrado)". Solicitamos a la convocante eliminar este requerimiento, de manera a no incrementar los costos del equipo innecesariamente, considerando que este requisito encarecería el equipo sin ofrecer una función útil en cuanto a los tipos de estudios realizables.	06-07-2021	14:22:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología	09-07-2021	16:14:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3-5 donde dice: Soporte del tubo con pantalla táctil de 9" o mayor, con resolución de 1280x800 o mayor, con capacidad para: Configurar los parámetros de exposición. Seleccionar los programas de órgano. Ver información del paciente. Control de movimientos. Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requisito debido a su carácter de orientar las especificaciones a cierto fabricante.	06-07-2021	14:22:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología.	09-07-2021	16:14:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Los estados financieros a ser evaluados (pág. 20) deberían ser de los años (2018, 2019, 2020) y no (2017, 2018, 2019) en concordancia a los índices establecidos en los criterios financieros a ser evaluados	06-07-2021	14:22:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Deberán ser de los años (2018, 2019, 2020).	09-07-2021	16:14:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4-1 donde dice: Con ajuste de altura motorizado solicitamos a la convocante permitir ofertar bucky de pared con ajuste de altura manual a fin de no limitar la participación de oferentes y no encarecer innecesariamente el equipo.	06-07-2021	14:23:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología.	09-07-2021	16:15:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.3 Solicitan: "Rotación del soporte de la columna de $\pm 180^\circ$ o mayor" Solicitamos permitan cotizar equipos con Rotación del soporte de la columna de $\pm 90^\circ$ o mayor de manera a permitir una mayor participación de oferentes.	06-07-2021	14:37:10

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología	09-07-2021	16:15:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.2 Ancho de la superficie de la mesa de 80cm o más; podría ser desde 75 cm, a fin de dar participación a mayor cantidad de participantes.	06-07-2021	14:38:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo que permita pacientes voluptuosos	09-07-2021	16:15:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3.1 Rango de recorrido longitudinal de 225cm o mayor: Podría ser rango de recorrido longitudinal de 130,5cm, a fin de dar mayor participación a oferentes.	06-07-2021	14:42:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología.	09-07-2021	16:16:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.4 Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 700mAs o más: A fin de dar mayor participación a oferentes podría ser Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 600mAs o más.	06-07-2021	14:48:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología.	09-07-2021	16:16:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante incluir como requisito la presentación de certificaciones expedidas por el fabricante que garanticen que el Oferente cuenta con personal con la capacidad de proveer mantenimiento correctivo y preventivo en la modalidad ofertada.	06-07-2021	14:49:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En adenda se aclara que requerimos la presentación de certificaciones expedidas por el fabricante que garantice que la empresa oferente cuenta con personal capacitado para los mantenimientos correctivos y preventivos en la modalidad ofertada. Remitirse a la Adenda.	09-07-2021	16:16:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.6 Tiempo de exposición mínimo de 1ms o menor: Podría aumentar el Tiempo de exposición mínimo de 2ms o menor, a fin de dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.	06-07-2021	14:50:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología.	09-07-2021	16:17:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA 1. Ref. Requisitos de participación y criterios de evaluación. Capacidad financiera/Experiencia Requerida La versión actual del pliego de bases y condiciones (PBC), a efectos de calificar la situación financiera del oferente, establece que se considerarán los índices financieros tomando como base los ejercicios 2017, 2018 y 2019 Al momento de la fecha de esta convocatoria, el ejercicio 2020 se encuentra cerrado. Asimismo, todos los potenciales oferentes deben tener el balance y cuadros de resultado correspondientes a dicho ejercicio cerrados y presentados, así como los formularios de los impuestos correspondientes al mismo. Por tal motivo, entendemos que lo correcto es que la capacidad financiera se evalúe tomando como parámetro los ejercicios 2018, 2019 y 2020 y que los requisitos documentales requeridos sean los correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. En atención a lo anterior, solicitamos que se modifiquen los puntos de los requisitos de participación y criterios de evaluación, incluyendo los ejercicios 2018, 2019 y 2020, tanto para los oferentes individuales como para los consorcios.	06-07-2021	14:54:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Deberán ser de los años 2018, 2019 y 2020	09-07-2021	16:17:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante incluir como requisito la presentación de certificaciones expedidas por el fabricante que garanticen que el Oferente cuenta con personal con la capacidad de proveer mantenimiento correctivo y preventivo en la modalidad ofertada.	06-07-2021	14:55:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	09-07-2021	16:17:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta N°1 En el punto 2.2 se solicita: Ancho de la superficie de la mesa de 90cm o más. Se sugiere a la convocante modificar el punto y permitir mesas cuyo ancho sea de 80 cm o mayor, ya que la esa característica es cumplida por muy pocas configuraciones de equipos en el mercado. De hecho, desde nuestro conocimiento, es solo cumplida por una sola marca, limitando la presentación a un solo equipo del medio local. Así mismo, cabe destacar que la modificación de este valor no representa un impacto significativo desde el punto de vista clínico, funcional u operativo.	12-07-2021	12:02:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda 2, 2.2 Ancho de la superficie de la mesa de 80cm o más. Se aprueba para dar lugar a más oferentes.	15-07-2021	16:16:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta N°2 Se ha eliminado, en la adenda, el punto 2.9 que mencionaba: Seguimiento longitudinal del detector con respecto al tubo (para mantener el centrado). Se sugiere a la convocante incluir nuevamente este punto ya que la característica señalada permite un mejor centrado de la imagen teniendo esto bondades directas e indirectas tales como: - Agilidad en el flujo de pacientes - Menor posibilidad de errores en la toma de la imagen. - Menor potencial exposición a la radiación al paciente (en caso de tener que repetir el estudio) - Mayor comodidad para le usuario técnico del equipo.	12-07-2021	12:02:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Deseamos la participación de equipos con mayor tecnología	15-07-2021	16:16:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta N°3 En el punto 5.7 se ha modificado el parámetro de 4 segundos o menor a 6.5 segundos o menor, dejando en la adenda la siguiente característica: 5.7 Tiempo de exposición máximo de 6,5s o menor Se sugiere a la convocante reasignar el valor de 4 segundos o menor dado que un equipo de características eficientes permite una exposición de menor tiempo con una óptica calidad de imagen. Esto, además, se encuentra conforme al principio internacional ALARA (As Low As Reasonably Achievable – Tan Bajo como sea alcanzable) principio altamente impulsado por la comisión europea de salud, Estados Unidos y los mayores fabricantes del mercado.* * https://www.lemerpax.com/es/alara-regla-de-oro-de-la-proteccion-radiologica-lemer-pax	12-07-2021	12:03:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente Remitirse a la Adenda, 5.7 Tiempo de exposición máximo de 4s o menor. Se modifica buscando una solución más eficiente.	15-07-2021	16:16:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta N°4 En el punto 5.8 e ha incluido la mención o externos a la mesa. Quedando el punto en esta forma: El generador debe estar integrado a la base de la mesa del paciente o externos a la mesa. Se sugiere remover esta mención ya que, considerando el espacio reducido de la sala en la que se solicita instalar el equipo la colocación externa del equipo generaría incomodidad en el flujo de pacientes y los procedimientos asociados a la toma de muestras. Cabe mencionar, además, que una instalación externa implicaría mayores costos en el proceso ya que además de la instalación del equipo, requeriría de una cámara adicional para la ubicación del generador.	12-07-2021	12:03:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a la Adenda anterior. 5.8 El generador debe estar integrado a la base de la mesa del paciente o externos a la mesa. Se mantiene EETT ajustando a la adenda considerando oferentes que puedan colocar el equipo en forma correcta en la sala.	15-07-2021	16:17:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta N°5 En el punto 7.6 se solicita: Transmisión de datos menor a 2s para previsualización y menor a 5,5s para imagen completa. Se solicita a la convocante ampliar razonablemente el tiempo requerido para los procesos a al menos 3 segundos o menor para previsualización y 6 segundos o menor para imagen completa. Así mismo, consideramos que la modificación de este punto no tendría un impacto significativo en los procesos, ya que la diferencia es de solo 1 segundo con respecto al valor actual.	12-07-2021	12:04:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a la Adenda anterior, 7.7 El detector debe cumplir lo siguiente:- Transmisión de datos menor a 3s para previsualización y menor a 6s para imagen completa." Se amplía los potenciales oferentes	15-07-2021	16:17:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3.5 donde dice Soporte del tubo con pantalla táctil de 9" o mayor, Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con soporte del tubo con pantalla táctil de al menos 8 y resolución de 800x600, y dar apertura de esta manera al llamado de licitación para la participación de potenciales oferentes. Esta característica solicitada originalmente en el PBC es única y se encuentra direccionada al equipo de la marca Fuji con su modelo Smart X. Por lo mencionado petitionamos la apertura del ítem y la libre competencia en igualdad de condiciones tal cual lo manifiesta la Ley de Contrataciones Públicas.	14-07-2021	08:29:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita al Oferente remitirse a la adenda, 3.5 Soporte del tubo con pantalla táctil de 8" o mayor, con resolución de 1280x800 o mayor, con capacidad para: - Configurar los parámetros de exposición. Se da mayor margen de pulgadas pero no de resolución por la calidad solicitada	15-07-2021	16:18:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.2 donde dice Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 175cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de recorrido vertical de 40 cm o menor a 165 cm o mayor, y así dar participación de potenciales oferentes.	14-07-2021	08:29:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.	15-07-2021	16:18:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.7 donde dice Tiempo de exposición máximo de 4s o menor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo de exposición máximo de 7 seg o menor, y así dar participación a potenciales oferentes.	14-07-2021	08:30:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a la Adenda 5.7 Tiempo de exposición máximo de 4s o menor.	15-07-2021	16:19:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.8 donde dice El generador debe estar integrado a la base de la mesa del paciente solicitamos amablemente a la convocante que el ítem sea opcional, ya que esta característica depende de cada fabricante y así se daría participación a potenciales oferentes, además con el generador separado de la mesa del paciente, es mejor para la instalación y servicio técnico, y mucho mas seguro para el paciente en caso de accidentes.	14-07-2021	08:31:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda. Esto ya se encuentra modificado en la adenda anterior.	15-07-2021	16:19:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.3 donde dice Capacidad calórica de la carcasa del tubo de 1200KHU o mayor solicitamos amablemente a la convocante aclarar la unidad de medida de la capacidad calórica, ya que usualmente la unidad de medida que se utiliza es HU/MIN. Sugerimos aclarar el ítem de la siguiente manera: Capacidad calórica de la carcasa del tubo de 12000 HU/min o mayor	14-07-2021	08:32:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 6.3 Capacidad calórica de la carcasa del tubo de 1.200.000HU o mayor. 1KHU=1.000HU. No se utiliza KHU/min porque no se trata de disipación de calor.	15-07-2021	16:19:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.4 donde dice Puntos focales: foco fino 0,6mm o menor / foco grueso 1,2mm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con foco grueso de al menos 1mm y así dar participación de potenciales oferentes	14-07-2021	08:32:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se solicitan estas condiciones por la calidad requerida.	15-07-2021	16:20:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.2 donde dice Tamaño de área activa de los detectores de 42cm x 42cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar detectores de tamaño 35 cm x 42 cm o superior, y así dar participación de potenciales oferentes.	14-07-2021	08:32:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al pliego de bases y condiciones. Se solicitan estas condiciones por la calidad requerida.	15-07-2021	16:20:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.3 donde dice Matriz de los detectores de 2520 x 3052 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar detectores de 2400 x 300 o mayor de matriz y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes.	14-07-2021	08:33:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita la Oferente remitirse a la Adenda	15-07-2021	16:20:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 7.6 donde dice Resolución espacial de 3,4 lp/mm solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con mejor resolución espacial, de esta manera solicitamos aclarar el ítem de la siguiente manera: Resolución espacial de 3,4 lp/mm o mayor.	14-07-2021	08:33:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 2. 7.6 Resolución espacial de 3,5 lp/mm o mayor.	15-07-2021	16:21:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7.7 donde dice Autonomía de hasta 6 horas o más durante uso regular. solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con autonomía de al menos 3 horas y así dar participación de potenciales oferentes	14-07-2021	08:34:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Se solicitan estas condiciones por la calidad requerida.	15-07-2021	16:21:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
"*En el punto 2.6 Solicitan: Movimiento transversal de ± 12 cm o mayor Sugerimos soliciten Movimiento transversal de al menos ± 14.5 cm"	14-07-2021	09:16:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Se solicitan estas condiciones por la calidad requerida.	15-07-2021	16:21:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.1 Solicitan: "Rango de recorrido longitudinal de 225cm o mayor, de la columna/soporte porta tubo" Sugerimos soliciten Rango de recorrido longitudinal de al menos 240 cm, de manera a posibilitar la realización de una mayor variedad de estudios.	14-07-2021	09:16:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Si cuentan con una mesa de mayor recorrido es permitida la participación.	15-07-2021	16:22:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.2 Solicitan: "Rango de recorrido vertical de 145cm o mayor" Sugerimos modificar este requerimiento por Rango de recorrido vertical de al menos 155 cm, de manera a posibilitar la realización de una mayor variedad de estudios, como así también eliminar el requerimiento "motorizado" Considerando que esta tecnología de automatismo del equipo, no aporta ninguna funcionalidad clínica, de manera a no incrementar los costos del equipo innecesariamente.	14-07-2021	09:16:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Se solicitan estas condiciones por la calidad requerida.	15-07-2021	16:22:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.5 Solicitan: Soporte del tubo con pantalla táctil de 9" o mayor, con resolución de 1280x800 o mayor..." De manera a adquirir equipamiento con tecnología de vanguardia, sugerimos soliciten: Soporte del tubo con pantalla táctil de 10" o mayor, con resolución de 1024x768, o mayor.."	14-07-2021	09:17:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda. Si desean presentar una mejor opción será apreciado	15-07-2021	16:22:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.2 Solicitan: "Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 175cm o mayor del Bucky Mural" Sugerimos soliciten al menos Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 188 cm o mayor, lo que dará mayor versatilidad a la hora de realizar diversos tipos de estudios, en un mayor rango de tipo de pacientes.	14-07-2021	09:17:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Si desean presentar una mejor opción será apreciado	15-07-2021	16:23:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.2 Solicitan: Potencia del generador de 55kW o mayor. Sugerimos soliciten al menos Potencia del generador de 65kW, lo que posibilitará la realización de una mayor variedad de estudio en una mayor rango de tipo de pacientes.	14-07-2021	09:17:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Si desean presentar una mejor opción será apreciado.		15-07-2021	16:23:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 5.4 Solicitan: "Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 800mAs o más" Sugerimos soliciten Rango de mAs de 0,1mAs o menos a 800mAs o más, ya que una mayor rango permite una configuración de acuerdo a la necesidad, lo que influye directamente en la exposición al paciente.		14-07-2021	09:18:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Si desean presentar una mejor opción será apreciado.		15-07-2021	16:23:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 5.5 Solicitan: Frecuencia del generador de 75kHz o mayor, sugerimos soliciten al menos Frecuencia del generador de 200kHz o mayor, ya que este parámetro incrementa la eficiencia del equipo, por ser de tecnología superior.		14-07-2021	09:18:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Si desean presentar una mejor opción será apreciado		15-07-2021	16:23:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 5.8 Solicitan: El generador debe estar integrado a la base de la mesa del paciente, o externos a la mesa. Considerando la seguridad e integridad del paciente, sugerimos eliminar este requerimiento, por el riesgo que implica.		14-07-2021	09:19:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ya se ha modificado en la adenda anterior		15-07-2021	16:24:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 6.2 Solicitan: "Capacidad calorica del anodo de 320kHU o mayor" Sugerimos soliciten Capacidad calorica del anodo de al menos 400kHU, de manera a obtener equipos más potentes.		14-07-2021	09:20:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Si desean presentar una mejor opción será apreciado.		15-07-2021	16:24:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 6.6 Solicitan: "Colimación automática motorizada" Sugerimos soliciten: Colimación automática motorizada con rotación de 360°		14-07-2021	09:20:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Si desean presentar una mejor opción será apreciado		15-07-2021	16:24:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 7.2 Solicitan: Tamaño de área activa de los detectores de 42cm x 42cm o mayor Sugerimos soliciten Tamaño de área activa de los detectores de 42,7 cm x 42,7 cm o mayor de manera a conseguir un mejor aprovechamiento del tamaño del detector.		14-07-2021	09:20:46
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Si desean presentar una mejor opción será apreciado.		15-07-2021	16:25:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 7.3 Solicitan: "Matriz de los detectores de 2520 x 3052 o mayor" Sugerimos soliciten al menos Matriz de los detectores de 3072 x 3072 o mayor, lo que incide directamente en la definición de las imágenes obtenidas por el detector.		14-07-2021	09:21:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda. 7.3 Matriz de los detectores de 2520 x 3070 o mayor.		15-07-2021	16:25:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se observa en la ADENDA- Plan de Entrega dice: "...//... Una vez remitida la orden, la firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 90 (noventa) días hábiles contados desde el día siguiente." Se sugiere a la Convocante la siguiente redacción: Plan de Entrega: Una vez que se tenga por recepcionada la orden de compra por parte del adjudicado, se deberá entregar le bien en un plazo no mayor a 90 (noventa) días hábiles contados desde el día siguiente. La orden de compra será emitida una vez realizado el pago en concepto de anticipo financiero. La sugerencia obedece a que no puede ser emitida una orden de compra sin antes abonarse el anticipo, pues el mismo es la suma de dinero con la cual se debe iniciar la ejecución del objeto contractual. La sugerencia y los motivos expuestos conciben con el PUNTO 6 Solicitud de pago de anticipo del PBC VERSIÓN 1 se establece que: En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo con lo dispuesto en el punto 5. Ya se ha realizado consulta al respecto (N° 46) No obstante, la Convocante ha respondido cuanto sigue: La solicitud de pago del anticipo del 20% por parte del proveedor adjudicado podrá realizarse una vez recibida la orden de compra En ese sentido se vuelve a recalcar que no puede emitirse orden de compra que obligue al adjudicado al cumplimiento del contrato, y posterior a ello recién abonarse el anticipo, siendo dicha respuesta contradictoria a lo establecido en el mencionado punto 6 del PBC.-	14-07-2021	09:21:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. El plazo de entrega establecido en la adenda anterior es de 60 (sesenta) días hábiles.	15-07-2021	16:25:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 10.3 Solicitan: El Servicio Técnico debe estar habilitado, contar con personal dependiente y permanente, con certificación en fábrica en la modalidad ofertada Solicitamos Modificar este requerimiento por El Servicio Técnico debe estar habilitado, contar con personal dependiente y permanente, con certificación del fabricante en la modalidad ofertada	14-07-2021	09:21:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Servicio Técnico debe estar habilitado, contar con personal dependiente y permanente, con certificación del fabricante en la modalidad ofertada. Se requiere agregar el punto de manera que quien resulte adjudicado pueda proveer soporte técnico adecuado. Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones.	15-07-2021	16:25:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a la última adenda, en los requisitos documentales se solicita en el punto L: l) Copia de la autorización de Importación/exportación de Fuentes de radiación ionizante. Y luego, en el punto o: o) Constancia de Inscripción como empresa encargada de realizar Importación de Fuentes de Radiación Ionizante, emitido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. Solicitamos amablemente a la convocante, que cuando la empresa cuenta con autorización de Importación/Exportación de fuentes de radiación ionizante no sea necesario la presentación de constancia de Inscripción como empresa encargada de realizar Importación de Fuentes de Radiación Ionizante, emitido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear, atendiendo a que la autorización de importación/Exportación ya es emitido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear.	14-07-2021	09:25:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, lo requerido si es necesario para analizar la capacidad técnica del oferente.	15-07-2021	16:26:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Adenda se establece: "Una vez suscrito el contrato la Tesorería de la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial emitirá la Orden de Compra la que podrá ser remitida de la siguiente manera: 1. Vía telefónica: el documento firmado y escaneado, en formato PDF podrá enviarse por mensajería WhatsApp, fax y/o correo electrónico (en la dirección de correo declarada en la oferta por el proveedor conforme Resolución DNCP N° 2490/2019). 2. Notificación personal: el documento original será enviado a la dirección del proveedor (según lo declarado en la oferta) o en su defecto el mismo podrá retirar la orden de la oficina de la tesorería." Se solicita a la Convocante aclarar que el medio de notificación "vía telefónica" al cual se refiere es única y exclusivamente a través del correo electrónico, pues la resolución DNCP 2490/19 NO ESTABLECE NOTIFICACIONES VÍA MENSAJERIA WHATS APP NI FAX.-	14-07-2021	09:34:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se remitirá la orden de compra por correo electrónico.	15-07-2021	16:26:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 3 Inciso 3.2: Donde dice rango de recorrido vertical de 145cm o mayor, motorizado. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con rango de recorrido vertical de 128 cm o mayor, considerando que una sola marca cumple con este requerimiento, de esta manera dar lugar a mayor cantidad de oferentes	14-07-2021	10:24:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de Bases y Condiciones. Se solicitan estas condiciones por la calidad requerida.	15-07-2021	16:26:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 5 Inciso 5.7 Donde especifica "Tiempo de exposicion máximo de 6.5 seg o menor. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con tiempo de exposición máxima de 10 seg o menor, de esta manera dar participación a mayores cantidad de oferentes y no afectaría a los oferentes que cumplen con el requerimiento actual (6,5 seg o menor)	14-07-2021	10:30:17
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a la Adenda 5.7 Tiempo de exposición máximo de 4s o menor	15-07-2021	16:27:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La Adenda establece en su punto 3. MODIFICASE: en la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, en el punto Plan de Entrega de los Bienes, quedando de la siguiente manera:...//... Los equipos deberán ser entregados: Dirección General de Sanidad Policial - Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero, sito en Avda. Mcal. López esquina Avda. Juscelino Kubitschek, La capacitación, deberá realizarse dentro de los 8 (ocho) días hábiles posteriores a la entrega del mismo, en las instalaciones del Hospital de Policía Rigoberto Caballero. Se solicita a la convocante modificar el punto especificando que: La capacitación deberá realizarse dentro de los 8 (ocho) días hábiles POSTERIORES A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE IMÁGENES, la cual se realizará en las instalaciones del Hospital de Policía Rigoberto Caballero. Ello obedece a que no se puede realizar las capacitaciones con la sola entrega del equipo, pues el mismo debe estar en funcionamiento para la realización de las capacitaciones.	14-07-2021	11:44:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Es coherente que se realicen las capacitaciones luego de la puesta en marcha del equipo. Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	15-07-2021	16:27:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la convocante ampliar el rango de la mesa en el punto 2.3 donde se requiere una longitud de la mesa de 216cm o mayor a al menos 220 cm (o superior), ya que esto reportaría mayor comodidad al momento de la realización de los estudios.	14-07-2021	12:24:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda. 2.3 Longitud de la superficie de la mesa de 220cm o más.	15-07-2021	16:27:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.4 se solicita un ángulo de rotación de 135° para el tubo de rayos X. Se sugiere elevar el parámetro al menos a 140° para mayor flexibilidad en estudios variados.	14-07-2021	12:24:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda. 3.4 Rango de rotación del tubo de Rayos X de ±140° o mayor.	15-07-2021	16:28:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7.6, se sugiere aumentar la resolución espacial a un valor de 3.5 lp/mm a fin de obtener una mejor calidad en la imagen obtenida.	14-07-2021	12:25:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda. 7.6 Resolución espacial de 3,5 lp/mm o mayor	15-07-2021	16:28:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto H) Solicitamos a la convocante poder tener constancia en trámite de Registro Sanitario para poder tener mayor cantidad de oferentes	14-07-2021	12:52:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de Bases y Condiciones. Este requisito se establece por MSP y sin Registro Sanitario no se pueden utilizar equipos en territorio nacional.	15-07-2021	16:28:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en el punto I) y 0) Solicitamos a la convocante permitir cotizar equipos que estén en tramites de documentaciones con constancia para así poder tener mayor cantidad de oferentes	14-07-2021	12:53:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Este requisito se establece por MSP y sin Registro Sanitario no se pueden utilizar equipos en territorio nacional	15-07-2021	16:28:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Desmontaje de equipo instalado actualmente Teniendo en cuenta la consulta respondida confirmando que la empresa adjudicada será la encargada del desmontaje y desinstalación del equipo, considerando que constituye parte de la adecuación de la sala. Se sugiere a la convocante establecer en su PBC : 1. Quien será responsable del traslado al sitio de almacenamiento final del equipo desmontado. 2. Establecer en el pliego que la Empresa Adjudicada no tendrá ninguna responsabilidad en el resguardo o condiciones de operatividad del equipo desmontado o del estado de las piezas o repuestos involucrados.	14-07-2021	13:27:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La empresa adjudicada no tendrá ninguna responsabilidad en cuanto a la operatividad del equipo desmontado.	15-07-2021	16:29:10
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página N° 9 de la ADENDA, Requisitos adicionales, ítem 10.5 Donde dice: "Garantía: 2 (DOS) años contados a partir de la fecha de instalación y puesta en operación. Debe incluir una mantención preventiva anual, todas las mantenciones correctivas que sean necesarias durante el periodo de garantía y reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho período" Solicitamos a la Convocante realizar la aclaración que la garantía de recambio de repuestos aplicará sólo por defectos originales de Fábrica, no así por desgaste, daños y/o golpes ocasionados. Aclarar que La Garantía incluirá soporte de mantenimiento Preventivo de forma semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00hs.	14-07-2021	13:29:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Este punto ya fue aclarado en la consulta anterior, N° 36. Se solicita ajustarse a lo establecido.	15-07-2021	16:29:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página N° 5 DE LA ADENDA, Especificaciones técnicas de los equipos requeridos Donde dice: Los equipos entregados deberán tener Garantía de 2 (dos) años a partir de la recepción del bien, como mínimo. Dicha garantía deberá incluir provisión de repuestos y mantenimientos correctivos y preventivos. Estos repuestos aplican a defectos originales de fábrica, no así por repuestos que sufran deterioro por el uso o daños ocasionados por el usuario. Solicitamos a la Convocante aclarar que la Garantía incluirá soporte de mantenimiento Preventivo de forma semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00hs.	14-07-2021	13:30:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Aclarado en consulta N° 36. Se solicita ajustarse a lo establecido	15-07-2021	16:29:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La Convocante solicita. h) Los bienes ofertados deberán contar con el Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS, vigente. Solicitamos a la convocante eliminar el requerimiento de presentar registro sanitario con la oferta, o en su defecto, permitir la participación con el documento de mesa de entrada del pedido de registro sanitario en la DNVS. El Art. 20 de la Ley 2051/03 establece que Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley Sabemos que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria está en el lento proceso de implementación del registro sanitario. Existen cientos de expedientes de registro de varios probables oferentes que están paralizados debido a la pandemia y la consecuente carga de trabajo acumulada. Es muy probable que, un oferente puede no tener el registro de un producto en el momento de la presentación de ofertas, pero el registro podría estar listo en el momento de la importación del producto que bien puede ser a 30-90 días luego de la fecha de entrega de ofertas. Consideramos que la convocante está violando el Art. 20 del marco rector al exigir el registro sanitario ya que exigir tal registro corresponde a otras instituciones del estado, en este caso, a la Aduana al momento de la importación de los productos. En todo caso, de no poder importar los productos en el tiempo establecido, la convocante tiene las armas legales para aplicar multas e incluso sancionar al adjudicado y aplicar los mecanismos establecidos en la ley para adjudicar el producto. O la convocante podría solicitar el requisito del registro para la firma del contrato. Hay que tener en cuenta que casi el 100% de los documentos que componen el legajo del registro son originados en el exterior y en este caso el Art. 48° del Decreto N° 2992/19 indica que Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autoridades públicas de otro país, los pliegos estándar de bases y condiciones elaborados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) podrán permitir la aceptación de documentos sin legalización del Consulado Paraguayo o apostillado en su caso, con el compromiso por parte del Oferente de su posterior presentación, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores o con el apostillado, de resultar adjudicados. Por lo manifestado, solicitamos a la convocante eliminar el requerimiento de presentar registro sanitario con la oferta, o en su defecto, permitir la participación con el documento de mesa de entrada del pedido de registro sanitario en la DNVS.	14-07-2021	13:33:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La legislación requiere a través de la Ley 4659/12 Art 4. Se considerarán que los dispositivos médicos, materiales cortopunzantes y los equipos de protección individual definidos en esta Ley, son de uso seguro en la República del Paraguay cuando reúnan las siguientes condiciones: a) Cumplir todas las disposiciones establecidas en la legislación sanitaria correspondiente. b) Obtener el registro sanitario obligatorio, otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	15-07-2021	16:30:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos muy amablemente a la convocante permita a los oferentes presentar constancia de estar en trámite ante la renovación de Autorización de Información/Exportación de Fuentes de Radiación Ionizantes ante la ARRN, y a la firma del contrato, presentar la Autorización.	14-07-2021	14:03:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, lo requerido es necesario para evaluar la capacidad técnica del oferente.	15-07-2021	16:30:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

2.6 Donde dice: Movimiento transversal de ± 12 cm o mayor Solicitamos rango de movimiento transversal ± 10 cm 3.2 Donde dice: Rango de recorrido vertical de 145cm o mayor, motorizado Solicitamos que el movimiento vertical sea manual o motorizado para dar mayor participación a potenciales oferentes. 3.5 Donde dice: Soporte del tubo con pantalla táctil de 9" o mayor, con resolución de 1280x800 o mayor, con capacidad para: Configurar los parámetros de exposición, seleccionar los programas de órgano, ver información del paciente, control de movimientos. Solicitamos pantalla táctil de 7 pulgadas o mayor y que la característica de seleccionar los programas de órgano, ver información del paciente sea opcional ya que dichas características se tienen en la consola. Como dicha pantalla no se utiliza para ver imágenes diagnosticas, el mismo no necesita que tenga una resolución mínima. 5.4 Donde dice: Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 800mAs o más. Solicitamos que los mismos sean de 0,5 mAs a 630 mAs para dar mayor participación a potenciales oferentes. 5.6 Donde dice: Tiempo de exposición mínimo de 1ms o menor. Solicitamos tiempo mínimo de exposición de 2 ms o menor 5.7 Donde dice: Tiempo de exposición máximo de 6,5 seg o menor. Solicitamos tiempo de exposición máximo de 2 segundos. 6.3 Donde dice: Capacidad calórica de la carcasa del tubo de 1200 KHU/min o mayor. Solicitamos capacidad calórica de la carcasa del tubo de 75 KHU/min que son suficientes para la correcta disipación calórica y para dar mayor participación a potenciales oferentes.	14-07-2021	14:10:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Se solicitan estas condiciones por la calidad requerida	15-07-2021	16:30:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.4 Donde dice: Debe soportar pesos de hasta 290 kg o más. Solicitamos rango de 250 Kg o más, teniendo en cuenta que en Paraguay dicho límite es suficiente para todo tipo de pacientes.	14-07-2021	14:55:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Se solicitan estas condiciones por la calidad requerida.	15-07-2021	16:31:02

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508018106	Póliza	Aseguradora Paraguaya S.A.	23-07-2021	26-07-2021	26-11-2021
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 2		
1508006980	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	23-07-2021	26-07-2021	03-11-2021
Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1					
Categoría: Pequeña			Nro. Oferente: 3		
1508004519	Póliza	Royal Seguros S.A.	26-07-2021	26-07-2021	03-11-2021

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	41111808-001	Equipo de rayos X fijo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens Healthineers	Siemens Healthineers	Multix Impact	Alemania	Equipo de rayos X fijo	1.032.000.000	1.032.000.000

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VILLA SISTEMI MEDICALI	VILLA SISTEMI MEDICALI SPA	MOVIPLAN IC	ITALIA	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	1.238.580.800	1.238.580.800
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	Perlove Medical	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., LTD.	PLD6500A	China	Equipo de rayos X fijo	1.032.150.667	1.032.150.667

Beneficio MyPIMES

1 - LoteTotal

Oferente	Precio	Fecha	Hora
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	909.000.000	27-07-2021	08:36:08.741

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	909.000.000	27-07-2021	08:36:08.741	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	bd81eaf575e560cdee4957b9f4440ad9	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	910.000.000	27-07-2021	08:35:12.992	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f5baad3a1bd5bbc6f70ebc562ab7d0b	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	913.000.000	27-07-2021	08:35:02.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c93295d3c657142abd91def30e452d7	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	913.000.000	27-07-2021	08:35:07.989	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4a1754ceabf7c742d7ea2f5694407dc	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	915.000.000	27-07-2021	08:34:51.204	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	757ba2d7d438b7b4273d3506853446f1	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	915.000.000	27-07-2021	08:34:58.639	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	430508bfb1b51242bcbf2113b4c59b76	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	925.000.000	27-07-2021	08:34:42.697	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92230f3c29920a14aaca1e2ba8142d2e	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	925.000.000	27-07-2021	08:34:46.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afa7d8e2c22e97133d538abc523255cb	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	935.000.000	27-07-2021	08:34:33.144	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54caa40d6b76c240e502cdb0c028143f	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	935.000.000	27-07-2021	08:34:36.850	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3542fc36bd723f460dd120c45aeb7d2	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	945.000.000	27-07-2021	08:34:19.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	001b660fedc19498afe22b244b0b7736	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	945.000.000	27-07-2021	08:34:26.638	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8693841e0bb48f68e8f3e004fcd90ce8	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	955.000.000	27-07-2021	08:33:59.873	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5e8c89c28c2e3c9276747d2e711ffc3	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	955.000.000	27-07-2021	08:34:06.828	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36a02a0199bf9348338cf345e8dff6fc	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	960.000.000	27-07-2021	08:33:33.390	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e87da4227e3916078ed35a54ac162b8	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	960.000.000	27-07-2021	08:33:51.605	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	859e519e273f7105b757f9dd41198ed	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	968.000.000	27-07-2021	08:33:32.256	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	9ea83d717cee059b07b6798f033828ae	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	968.000.000	27-07-2021	08:33:47.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cafee08f868aa97f98879a57cb658f2	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	970.000.000	27-07-2021	08:33:16.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2fb6424d6bb493daf0af46057c1b3c50	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	970.000.000	27-07-2021	08:33:27.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da0db45db4a377fff9c1845e976b74f6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	988.000.000	27-07-2021	08:33:13.315	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	543fbe399c82351a29d762b4f1eb7c4f	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	990.000.000	27-07-2021	08:32:54.039	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41a7142ca7479805d8683d832d989c0d	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	990.000.000	27-07-2021	08:33:06.430	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bcdde7a7ea31fa790fc3250a0eafcb8	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	1.016.000.000	27-07-2021	08:32:58.457	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85bd589963ecae7859fbd50ba9abd93d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.017.023.330	27-07-2021	08:32:48.632	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c007ad5d7e13d7467c051156ce8b5c40	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.020.000.000	27-07-2021	08:32:11.280	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19f1ffa6f06fa32146687a0c99e02ae9	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	1.020.000.000	27-07-2021	08:32:45.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c722d1d50f71ac1da2cc86842af9cf7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.027.770.000	27-07-2021	08:31:59.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce6b069a3dc7245a97bfb0fd9a5f618	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.029.000.000	27-07-2021	08:30:17.967	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b29dad6a7036287256fd9f65334dbbe	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.032.000.000	27-07-2021	08:00:14.040	Propuesta
		Código Verificador:	ee56035b77d6e7e588b310b2b9bbd755	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	1.032.150.667	27-07-2021	08:00:14.039	Propuesta
		Código Verificador:	899e52f88fce29465c22eded7926b868	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.236.000.000	27-07-2021	08:23:12.688	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5390bf9efcd1b948bb1c293a043ac8d0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.238.580.800	27-07-2021	08:00:14.032	Propuesta
		Código Verificador:	4ecdf402997aca9bd3436f049ad63ec8	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal

Oferente	Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	909.000.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	910.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	968.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80072821-1 - ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	909.000.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-07-2021	08:15:43.805
Buenos días, comenzamos la Subasta.	27-07-2021	08:15:53.101
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	27-07-2021	08:17:50.311
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	27-07-2021	08:18:13.100
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-07-2021	08:18:17.296
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-07-2021	08:18:25.486
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-07-2021	08:29:13.192
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-07-2021	08:35:58.341
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	27-07-2021	08:35:58.476
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	27-07-2021	08:35:58.476
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-07-2021	08:36:08.780

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.