

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 401773

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 15:07 del día 14/10/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 401773 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS de la Institución:

**Código Verificador:** b4452e8b6fdf0e31d44127639d5313d9

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Ministerio del Interior
<b>UOC:</b>	Policia Nacional
<b>Código SICP:</b>	1050

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Cauterio Bipolar - UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA - SELLADOR DE VASOS. Solamente en el título se menciona SELLADOR DE VASOS, en las especificaciones técnicas no se describen las características del sellador de vasos como tampoco sus accesorios correspondientes. Por lo expuesto, solicitamos eliminar el término SELLADOR DE VASOS.		22-09-2021	11:46:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Lo solicitado es Unidad Electroquirurgica con Sellador de Vasos. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		04-10-2021	15:14:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Modos de trabajo: Bipolar: Precise (1 - 70 W), Standard (1 - 70 W), Macro (1- 70W). Estas son descripciones específicas de la marca Valleylab, lo cual condicionaría la participación de otros oferentes, es decir podrán participar pero serán descalificadas por no cumplir con estos puntos. Por tal motivo, solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipos con: Modos de trabajo: Bipolar: Corte bipolar; de 1 - 70 W (o mayor rango). Corte bipolar para RTU; de 1 - 70 W (o mayor rango). Coagulación bipolar; de 1 - 70 W (o mayor rango). Coagulación bipolar para RTU; de 1 - 70 W (o mayor rango).		22-09-2021	11:51:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se podrá cotizar 70W o mayor rango. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		04-10-2021	15:15:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Modo autopolar: activación automática sin pedal. Solicitamos a la Convocante aclarar esta función ¿se está refiriendo Modo Monopolar activación sin pedal (mediante el uso de lápices desechables con control de corte y coagulación). Por tal motivo, solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipos con: Modo monopolar: activación automática sin pedal, mediante lápiz desechable con control de corte y coagulación.		22-09-2021	11:52:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Debe decir Modo Autobipolar. Activación automática sin pedal. (NO es monopolar). Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		04-10-2021	15:15:30
CONSULTA			

### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Amperímetro. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipos con: Amperímetro o indicador digital de voltaje visible en pantalla.	22-09-2021	11:55:06
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	15:16:17
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Monopolar COAG: Fulguración (120W), Spray (120 W), Soft (120 W) Estas son descripciones muy cerradas que no permitirán la participación de otros oferentes, se deben agregar rangos de variación que permitan la participación de mas oferentes. Por tal motivo, solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipos con: Monopolar COAG: Fulguración 80W o mayor, Spray 100 W o mayor, Soft 120 W o mayor.	22-09-2021	11:56:02
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	15:16:37
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 12 Item 1 Electrobisturí En una parte de las especificaciones técnicas dice: Monopolar VALLEYLAB : Valleylab (60 W). Solicitamos eliminar la marca Valleylab.	22-09-2021	11:57:46
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:16:56
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Monopolar VALLEYLAB : Valleylab (60 W) Además de eliminar la marca valleylab, solicitamos a la Convocante aclarar si es corte o coagulación en modo MONOPOLAR, además de incorporar un rango de variación. Monopolar: 60 W o mayor.	22-09-2021	11:58:29
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado es una referencia. Es corte y coagulación en modo monopolar. Se podrá cotizar 60W o mayor. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:17:13
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Certificado de autenticidad de marca. Solicitamos aclarar a qué documento se refiere. ¿es un certificado que debe emitir el fabricante?	22-09-2021	11:59:44
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:17:31
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan lo siguiente: Accesorios. 100 (cien) unidades Papel tipo Z con 210 mm de ancho. Solicitamos amablemente a la convocante pueda verificar este requerimiento puesto que 100 unidades de papel no cuadra dentro del precio referencial establecido. Caso contrario se debería disminuir las cantidades o aumentar 50% el precio referencial.	22-09-2021	12:26:33
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:18:03
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

<p>La convocante solicita lo siguiente: El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." El Art. 20 de la Ley 2051/03 establece que Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley Sabemos que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria está en el lento proceso de implementación del registro sanitario. Existen cientos de expedientes de registro de varios probables oferentes que están paralizados debido a la pandemia y la consecuente carga de trabajo acumulada. Es muy probable que, un oferente puede no tener el registro de un producto en el momento de la presentación de ofertas, pero el registro podría estar listo en el momento de la importación del producto que bien puede ser a 30-90 días luego de la fecha de entrega de ofertas. Consideramos que la convocante está violando el Art. 20 del marco rector al exigir el registro sanitario ya que exigir tal registro corresponde a otras instituciones del estado, en este caso, a la Aduana al momento de la importación de los productos. En todo caso, de no poder importar los productos en el tiempo establecido, la convocante tiene las armas legales para aplicar multas e incluso sancionar al adjudicado y aplicar los mecanismos establecidos en la ley para adjudicar el producto. O la convocante podría solicitar el requisito del registro para la firma del contrato. Hay que tener en cuenta que casi el 100% de los documentos que componen el legajo del registro son originados en el exterior y en este caso el Art. 48° del Decreto N° 2992/19 indica que Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autoridades públicas de otro país, los pliegos estándar de bases y condiciones elaborados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) podrán permitir la aceptación de documentos sin legalización del Consulado Paraguayo o apostillado en su caso, con el compromiso por parte del Oferente de su posterior presentación, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores o con el apostillado, de resultar adjudicados. Por lo manifestado, solicitamos a la convocante eliminar el requerimiento de presentar registro sanitario con la oferta, o en su defecto, permitir la participación con el documento de mesa de entrada del pedido de registro sanitario en la DNVS.</p>	<p>22-09-2021</p>	<p>12:41:30</p>
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.</p>	<p>04-10-2021</p>	<p>15:18:19</p>
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>La convocante solicita lo siguiente: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, que será emitida por la administradora del contrato. Solicitamos amablemente puedan ampliar los plazos de entregas estipulados a 60 días hábiles posteriores a la emisión de la Orden de Compra.</p>	<p>22-09-2021</p>	<p>12:48:27</p>
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones los bienes requeridos por la Convocante son muy necesarios para el hospital y se requieren de la entrega pronta para su utilización</p>	<p>04-10-2021</p>	<p>15:18:40</p>
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:0,05 %. Solicitamos amablemente a la convocante puede reducir este porcentaje a 0.01%.</p>	<p>22-09-2021</p>	<p>12:57:00</p>
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el porcentaje de multa se encuentra dentro del rango permitido en el marco legal.</p>	<p>04-10-2021</p>	<p>15:18:59</p>
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>En el punto: 3.7 Ancho de la mesa: 50 ± 5 cm. Se pide a la convocante que pueda considerar que al pedir el margen de 5cm, se estaría pudiendo ofrecer una mesa de ancho menor a 50cm, lo cual sería un problema cuando se trate de cirugías bariátricas, por tanto, se pide que puedan considerar colocar este punto de la siguiente forma: 3.7 Ancho de la mesa: 55 ± 5 cm</p>	<p>22-09-2021</p>	<p>14:40:44</p>
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>	<p>04-10-2021</p>	<p>15:19:16</p>
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>En el punto: 3.9 Capacidad de peso: mínimo 350 kg Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes, teniendo en cuenta que la capacidad de peso solicitada es muy alta y en nuestro país sería muy difícil hallar a un paciente que siquiera se acerque a ese peso, ni aún teniendo en cuenta todos los accesorios que pudieran ser colocados sobre la mesa para el procedimiento quirúrgico. Se pide colocar este punto de la siguiente manera: 3.9 Capacidad de peso: mínimo 250 kg</p>	<p>22-09-2021</p>	<p>14:45:07</p>
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>e solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>	<p>04-10-2021</p>	<p>15:19:38</p>
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

En el punto: 4.1 Elevación mediante motor eléctrico desde 68 cm a 108 cm. Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes. Se pide colocar este punto de la siguiente manera: 4.1 Elevación mediante motor eléctrico desde 70 cm o menos a 105 cm o más	22-09-2021	14:47:00
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
e solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:19:49
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto: 4.2 Inclinación lateral eléctrica: $\pm 30^\circ$ . Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes, ya que existen fabricantes que consideran peligrosa una inclinación mayor a $20^\circ$ , en la cual se compromete la seguridad del paciente. En todo caso, si se requiere una angulación de esa escala, se pide colocar este punto de la siguiente manera: 4.2 Inclinación lateral eléctrica: $\pm 20^\circ$ como mínimo	22-09-2021	15:00:25
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
e solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:20:07
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto: 4.3 Trendelenburg directo e inverso mediante motor eléctrico de $-40^\circ$ a $+40^\circ$ . Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes, ya que el promedio utilizado de los fabricantes con calidad europea es de $30^\circ$ para trendelenburg y anti trendelenburg. En todo caso, si se requiere una angulación de esa escala, se pide colocar este punto de la siguiente manera: 4.3 Trendelenburg directo e inverso mediante motor eléctrico de $-30^\circ$ a $+30^\circ$ o mayor rango	22-09-2021	15:02:17
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
e solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:20:19
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto: 4.4 Angulación vertical de la sección espalda: de $-40^\circ$ a $+85^\circ$ (manual). Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes. Para este fin, se pide considerar este punto de la siguiente forma: 4.4 Angulación vertical de la sección espalda: de $-50^\circ$ o menor a $+70^\circ$ o mayor (manual).	22-09-2021	15:07:20
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
e solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:20:42
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto: 4.5 Angulación vertical de la sección piernas: de $-90^\circ$ a $+25^\circ$ (manual). Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes. Para este fin, se pide considerar este punto de la siguiente forma: 4.5 Angulación vertical de la sección piernas: de $-90^\circ$ a $+20^\circ$ o mayor (manual).	22-09-2021	15:08:33
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:21:41
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
3.4 Escalón para acceso del paciente incorporado a la mesa, que puede ser oculto. ¿Puede ser considerado como opcional?	22-09-2021	15:10:55
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Tiene que tener para que el paciente puede subirse a la camilla. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	04-10-2021	15:21:58
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
3.5 Mesa de inspección equipada con al menos 3 cajones grandes. ¿Puede ser considerado como opcional?	22-09-2021	15:12:24
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lo requeridos es para utilizar con los insumos necesarios para el parto. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	04-10-2021	15:22:27
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto: 4.6 Angulación horizontal de la sección de piernas: de $0^\circ$ a $90^\circ$ (ambas secciones manuales). Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes. Para este fin, se pide considerar este punto de la siguiente forma: 4.6 Angulación horizontal de la sección de piernas: de $0^\circ$ a $50^\circ$ o mayor (ambas secciones manuales).	22-09-2021	15:12:33
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
No se puede, lo solicitado es a fin de que el paciente pueda estar en posición ginecológica cómoda para el procedimiento médico. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	04-10-2021	15:22:51
<b>CONSULTA</b>		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.3 Longitud de la mesa (excluyendo la sección de las piernas): 116cm. +/- 3cm ¿Se podría cotizar con +/-10cm?	22-09-2021	15:13:05
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:23:07
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
4.4 Ajuste espaldar, por resorte de gas: 70 ° ¿Se puede cotizar de 78°?	22-09-2021	15:13:50
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:23:29
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
4.5 Escalón: 42cm de largo. 23cm de altura ¿Podría ser considerado como opcional?	22-09-2021	15:14:23
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:23:40
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto: 4.7 Angulación vertical de la sección cabeza: De -50° a +55° (manual). Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes. Para este fin, se pide considerar este punto de la siguiente forma: 4.7 Angulación vertical de la sección cabeza: De -45° o menor a +45° o mayor (manual).	22-09-2021	15:14:48
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:23:59
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
3.1 Pantalla con tecnología LCD a colores, sesible al acto ¿Podría cotizarse con pantalla sensible al tacto y/o teclas?	22-09-2021	15:17:47
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:24:16
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto: 4.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 30 cm, manualmente Se solicita a la convocante poder abrir este parámetro para permitir la participación de más oferentes. Para este fin, se pide considerar este punto de la siguiente forma: 4.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 25 cm, manualmente.	22-09-2021	15:19:06
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:24:32
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto: 4.8 Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 30 cm, manualmente Se consulta a la convocante si es posible ofertar equipo con el desplazamiento longitudinal eléctrico.	22-09-2021	15:20:31
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:24:44
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
3.2 Tamaño: 11,1 cm (alto) x 35,6 cm (ancho) x 43,9 cm (largo) ¿Se podría cotizar con una diferencia de +/-5cm o considerar el tamaño como OPCIONAL, considerando que no afecta a las prestaciones del equipo y varían según el fabricante?	22-09-2021	15:21:10
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:24:59
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto donde dice: 3.1 Estructura en caño cuadrado de acero recubierta de pintura epoxi. Se consulta a la convocante si es posible presentar oferta con estructura en caño cuadrado con recubrimiento de polvo de resina, el cual es más resistente que la pintura epoxi.	22-09-2021	15:21:59
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Si se puede presentar Oferta con esas características también. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:25:14
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta a la convocante si es posible presentar camilla fija con cabezal ajustable para facilitar los procedimientos de reconocimiento y tratamiento.	22-09-2021	15:23:22
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Si se puede Ofertar equipos con mayores prestaciones que las solicitadas.	04-10-2021	15:25:34
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
3.7 ¿Es correcto lo solicitado?, creemos que debe ser a la inversa Mopolar (2 salidas) y bipolar (1 salida)	22-09-2021	15:24:02
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:25:47
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto donde dice: Conexión AC con filtro de línea para equipos con cable de cinco metros y tres tomar tipo schuko como mínimo, con soporte para cable. Se consulta a la convocante si es posible presentar oferta con cable de tres metros, lo cual es lo estándar	22-09-2021	15:25:47
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	15:26:04
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
4.1 ¿Se podría cotizar placas REM, según códigos de partes del fabricante? E7507 y E7509 son de la marca Valleylab	22-09-2021	15:26:18
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:26:16
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
5.1 ¿Se podría cotizar carros de una marca distinta a Valleylab, según el fabricante?	22-09-2021	15:27:20
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Si se puede se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:26:33
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
6.7 El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." ¿Se podría cotizar con la Solicitud de haber iniciado el trámite del Certificado de Registro Sanitario?	22-09-2021	15:29:22
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.	04-10-2021	15:28:57
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
¿Podrían separar este ítem del lote considerando que no todos los fabricantes de lámparas cialíticas producen lámparas de exploración?	22-09-2021	15:31:38
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	04-10-2021	15:29:16
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
4.1 Línea de focos auxiliares FL4000 ¿Podrían aclarar a que se refieren con FL4000?	22-09-2021	15:33:03
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se refiere al foco utilizado para los exámenes médicos. Se solicita al Oferente remitirse en la Adenda en lo que respecta a este punto.	04-10-2021	15:31:27
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
¿Se podría cotizar con un rango de +/-10% en los numerales 12, 13, 14, 15 y 16?	22-09-2021	15:35:03

**Listado de Consultas**

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:31:47
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
17 Control mediante pantalla táctil, para todas las funciones de la luminaria ¿Se podría cotizar con pantalla táctil y/o teclas para todas las funciones de la luminaria?	22-09-2021	15:36:26
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:32:18
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
17 Iluminación residual con un tubo: 97% o mayor ¿Se podría cotizar 90% o mayor?	22-09-2021	15:42:35
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:32:37
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
18. Iluminación residual con un tubo y una máscaras: 60% o mayor. ¿Se podría cotizar 50% o mayor?	22-09-2021	15:43:57
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:33:00
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
¿Podrían verificar los precios referenciales de los ítems 2 y 3 del Lote 6, creemos que existe un error?	22-09-2021	15:45:01
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:33:30
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
4.1 Elevación mediante motor eléctrico desde 68 cm a 108 cm. ¿Se podría cotizar de 68 o menos a 104cm o más?	22-09-2021	15:48:47
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:34:12
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
4.2 Inclinación lateral eléctrica: $\pm 30^\circ$ . ¿Se podría cotizar $\pm 20^\circ$ ?	22-09-2021	15:49:35
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:34:29
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
4.3 Trendelenburg directo e inverso mediante motor eléctrico de $-40^\circ$ a $+40^\circ$ . ¿Se podría cotizar de $-30^\circ$ a $+30^\circ$ ?	22-09-2021	15:50:19
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:34:46
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
4.4 Angulación vertical de la sección espalda: de $-40^\circ$ a $+85^\circ$ (manual). ¿Se podría cotizar de $-10^\circ$ a $65^\circ$ ?	22-09-2021	15:51:08
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	15:35:11
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
4.5 Angulación vertical de la sección piernas: de $-90^\circ$ a $+25^\circ$ (manual). ¿Se podría cotizar de $-90^\circ$ a $+38^\circ$ ?	22-09-2021	15:51:54
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:35:29
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

4.7 Angulación vertical de la sección cabeza: De -50° a +55° (manual). ¿Se podría cotizar de -45° a +45°?	22-09-2021	15:52:38
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:35:50
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
4.5 Monopolar VALLEYLAB: Valleylab (60 W) ¿Se podría cotizar una marca distinta a la Valleylab?	22-09-2021	15:55:30
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Sí se puede se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	04-10-2021	15:36:06
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
5.1 El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." ¿Se podría cotizar con la Solicitud de haber iniciado el Registro Sanitario?	22-09-2021	15:56:41
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.	04-10-2021	15:36:32
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
¿Se podría cotizar con rango de diferencia de +/-1cm? En el caso del ítem 2, las pinzas Bozeman, Kevorkian y Pozzi no cabrían en la caja de 20cm, considerando que estos instrumentos como mínimo tienen 25cm.	22-09-2021	16:01:20
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	04-10-2021	15:36:50
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
¿Se podría ampliar el plazo de entregas a por lo menos 45 días hábiles, desde la recepción de la orden de compra?	22-09-2021	16:02:39
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones los bienes requeridos por la Convocante son muy necesarios para el hospital y se requieren de la entrega pronta para su utilización.	04-10-2021	15:37:13
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto 3.1 Solicitan: Flujo De Aspiración De 65 L/Min. Solicitamos permitan cotizar equipos con Flujo De Aspiración De 60 L/Min, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes	22-09-2021	16:03:35
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la adenda, se puede de 60 L/min	04-10-2021	15:37:32
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 1 Ítem 1 - Aspirador de secreciones. En el punto 3.2 Solicitan: Control de intensidad de vacío desde 0 mmHg hasta 710 mmHg Solicitamos permitan cotizar equipos con Control de intensidad de vacío desde 0 mmHg hasta 675 mmHg, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes	22-09-2021	16:04:18
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	15:38:06
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 1 Ítem 1 - Aspirador de secreciones. En el punto 3.7 Solicitan: Dos frascos de policarbonato, transparente, autoclavable, de 6 litros en total (de 3 litros cada frasco), con escala de volumen Solicitamos permitan cotizar equipos con Dos frascos de policarbonato, transparente, autoclavable, de 4 litros en total (de 2 litros cada frasco), con escala de volumen, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes	22-09-2021	16:04:38
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	15:38:27
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 1 Ítem 1 - Aspirador de secreciones. En el punto 3.8 Solicitan: Frasco con boca de diámetro de 15,7 cms. con tapa desmontable y hermética Solicitamos permitan cotizar equipos con Frasco con boca de diámetro de en el rango de 10 a 15cms. con tapa desmontable y hermética, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes	22-09-2021	16:05:13



### Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la adenda.	04-10-2021	15:38:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO En el punto 3.2 Solicitan: La sección trasera ajustable mediante resorte de gas. Sugerimos soliciten: sección trasera (respaldo) ajustable eléctricamente con ángulo de al menos 0° a 40°, sección asiento ajustable eléctricamente con ángulo de al menos 0° a 20°	22-09-2021	16:05:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	15:39:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO En el punto 3.3 Solicitan: Tabla auxiliar para sección piernas deslizante en el interior de la mesa Sugerimos modificar este requerimiento por Reposapiernas del tipo Goepel	22-09-2021	16:06:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	15:39:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO En el punto 3.5 Solicitan: Mesa de inspección equipada con al menos 3 cajones grandes. Solicitamos eliminar este requerimiento de manera a permitir la oferta de equipos con diseños más ergonómicos.	22-09-2021	16:07:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo requerido es para utilizar con los insumos necesarios para el parto. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	15:39:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO En el punto 4.1 Solicitan: Alto de la mesa: entre 60 a 90 cm. Sugerimos soliciten Altura de la mesa no mayor a 105 cm	22-09-2021	16:07:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la adenda.	04-10-2021	15:39:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO En el punto 4.2 Solicitan: Ancho de la mesa: 50cm ancho+/- 3cm Solicitamos permitan cotizar equipos con Ancho de la mesa: 78 cm a 85 cm por seguridad del paciente.	22-09-2021	16:07:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la adenda.	04-10-2021	15:40:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO En el punto 4.3 Solicitan: Longitud de la mesa (excluyendo la sección de las piernas): 116cm. +/- 3cm Solicitamos permitan cotizar equipos con Longitud de la mesa de 1325 mm	22-09-2021	16:07:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se ajusta a las exigencias del servicio. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	04-10-2021	15:40:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO En el punto 4.4 Solicitan: Ajuste espaldar, por resorte de gas: 70 ° Sugerimos soliciten Ajuste espaldar, eléctrico: de 0° a 40 °	22-09-2021	16:08:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se ajusta a las exigencias del servicio. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	04-10-2021	15:40:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO En el punto 4.5 Solicitan: Escalón: 42cm de largo. 23cm de altura Solicitamos eliminar este requerimiento de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes	22-09-2021	16:09:11
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lo solicitado se ajusta a las exigencias del servicio. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	04-10-2021	15:41:07
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO Sugerimos soliciten que el equipo tenga capacidad de carga de hasta 195 kg.	22-09-2021	16:09:29
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lo solicitado se ajusta a las exigencias del servicio. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	04-10-2021	15:41:23
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 2 Ítem 1 - CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO Sugerimos soliciten que el equipo tenga movimiento de Trendelenburg de al menos 12°	22-09-2021	16:09:46
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lo solicitado se ajusta a las exigencias del servicio. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	04-10-2021	15:41:47
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 3 Ítem 1 – Electrocardiógrafo En el punto 3.1 Solicitan Pantalla con tecnología LCD a colores, sensible al tacto. De 800 x 480 pixeles. Tamaño diagonal de 7". Sugerimos soliciten Pantalla con tecnología LCD a colores, sensible al tacto. De 800 x 600 pixeles. Tamaño diagonal de al menos 8".	22-09-2021	16:10:02
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	15:42:05
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 5. Item 1: Flujometro de oxígeno En una parte de las especificaciones técnicas dice: Presión máxima de trabajo 20 Kgf/Cm2. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Presion máxima de trabajo 50 Kgf/Cm2 (4,5 bar)	22-09-2021	16:23:09
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda. Se podrá cotizar de Presión máxima de trabajo de 50Kgf.	04-10-2021	15:44:46
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 5. Item 1: Flujometro de oxígeno En una parte de las especificaciones técnicas dice: El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente o constancia de estar en inicio de trámite de registro emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS."	22-09-2021	16:23:28
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
: Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.	04-10-2021	15:45:41
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
LOTE 10 ITEM 1 "REGULADOR DE PRESION DE OXIGENO", en una parte de las especificaciones técnicas dice: De una Etapa con diafragma de 400 mm en acero inoxidable Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: De una Etapa con diafragma de 400 mm en acero inoxidable o material similar.	22-09-2021	16:23:54
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Regulador de una etapa con diafragma de 400 mm en acero inox o material similar. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:45:56
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
LOTE 10 ITEM 1 "REGULADOR DE PRESION DE OXIGENO", en una parte de las especificaciones técnicas dice: Indicador del manómetro en doble escala en PSI de 0 a 4.500 y en Kgf/Cm2 de 0 a 300 Kgf/Cm2 Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Indicador del manómetro en doble escala en PSI de 0 a 4.000 o mayor rango y en Kgf/Cm2 de 0 a 280 Kgf/Cm2 o mayor rango	22-09-2021	16:24:16

### Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Indicador del manometro en doble escala en PSI de 0 a 4.000 o mayor rango y en Kgf/cm2 de 0 a 280 Kgf/cm2 o mayor rango. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:46:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Capacidad técnica, dice: Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita presentar este documento de la siguiente manera: Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos o Constancia de estar en inicio de trámite de obtención de registro expedido por la DNVS vigente.	22-09-2021	16:29:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.	04-10-2021	15:46:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Capacidad técnica, dice: Lista de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes ofertados en formato editable (word/excel). Aplicable a los lotes de Aspirador de secreciones (lote 1), Electrocardiografo (lote3), Electrobisturi (lote 4), Cauterío Bipolar (lote 12), Analizador de composición del cuerpo (lote 14) Respetuosamente solicitamos a la convocante que este documento sea entregado en caso de adjudicarse los lotes antes mencionados. -	22-09-2021	16:36:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	15:46:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25. Solicitamos amablemente se pueda presentar Certificado de Registro Sanitario en trámites, ya que el atraso de parte de DNVS para estas gestiones llevan más de seis meses y en otros más de un año. Por otra parte, varias instituciones ya han admitido la presentación de este documento en trámite con la anuencia de la DNCP, con esto se daría mayor participación y competitividad.	23-09-2021	08:21:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.	04-10-2021	15:47:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Altura y ángulo ajustable. Podrían aclarar a que refiere "ángulo ajustable", ya que normalmente las mesitas para alimentos para pacientes, no tienen esta especificación de ajustar el ángulo porque todo alimento encima de la mesita no se sostendría. Solicitamos respetuosamente que esta ultima parte de la especificación sea considerada OPCIONAL.	23-09-2021	08:25:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:47:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Dimensiones 120mm x 70mm x 110mm de altura, creemos que existe un error en estas medicas, y en vez de mm, la unidad debería de ser en cm. Por otra parte, estos valores son absolutos limitando la participación de potenciales proveedores. Solicitamos que en la especificación se agregue las medidas que correspondan con el termino "+/-15cm. de manera a no establecer valores absolutos y conseguir mayor participación	23-09-2021	08:28:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:47:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Carro De Paro: Estructura en acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono, SOLICITAMOS, permitan cotizar CARRO DE PARO con estructura de acero y cobertura total con PVC u otro tipo de polímeros, muy apreciado por los profesionales médicos actualmente.	23-09-2021	08:31:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	15:48:12

### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Dimensiones mínimas: alturas 0,80 m. incluyendo ruedas, ancho 0,62m, profundidad 0,49m. Solicitamos no establecer valores absolutos en las medidas que puedan limitar la participación de potenciales oferentes, que inclusive no hacen a un mejor funcionamiento y productividad del equipo. Por lo que solicitamos amablemente, a las medidas establecidas incorporar el término de "+/- 0,15m" que permita tener mayor participación, difícilmente todos los fabricantes tengan carros de paro de 0.62m de ancho y demás.	23-09-2021	08:35:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital. Las dimensiones solicitadas son las mínimas requeridas.	04-10-2021	15:48:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Carro De Paro: Estructura en acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono. Solicitamos favor la modificación y/o consideren el material ABS.	23-09-2021	09:11:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	15:49:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Paragolpes de goma envolviendo todo el carro. Solicitamos la modificación y/o consideración del sistema de anticollisión en la parte superior del carro.	23-09-2021	09:21:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la adenda.	04-10-2021	15:49:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, dice: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, que será emitida por la administradora del contrato. Respetuosamente solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 60 (sesenta) días corridos posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, que será emitida por la administradora del contrato.	23-09-2021	09:21:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones los bienes requeridos por la Convocante son muy necesarios para el hospital y se requieren de la entrega pronta para su utilización	04-10-2021	15:49:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Dimensiones mínimas: alturas 0,80 m. incluyendo ruedas, ancho 0,62m, profundidad 0,49m. Solicitamos la modificación y/o consideración de la medida en cuanto a la profundidad:0,475 m profundidad. Considerando que la misma no afecta el uso final del producto.	23-09-2021	09:28:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital	04-10-2021	15:50:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se menciona, Base con ruedas extraíbles (2 con freno) Ø 50 mm (2,5 "). Altura y ángulo ajustable. Se le solicita amablemente a la convocante colocar como opcional lo solicitado en cuanto a las ruedas extraíbles, los frenos y el ángulo ajustable de manera a permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes.	23-09-2021	09:43:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	15:50:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se menciona, Base con ruedas extraíbles (2 con freno) Ø 50 mm (2,5 "). Se le solicita amablemente a la convocante aclarar si lo que se solicitan son ruedas de Ø 50 mm (2 " ).	23-09-2021	09:43:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado es Base con ruedas extraíbles (2 con freno) Ø 50 mm (2,5 ") no de Ø 50 mm (2 " ).	04-10-2021	15:50:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Donde se menciona, Capacidad de soportar hasta 250 Kg. Se le solicita amablemente a la convocante considerar un rango de peso de hasta 250 Kg o menor, teniendo en cuenta que los rangos inferiores corresponden al estándar, y la probabilidad de que un paciente con 250 kg se encuentre en condiciones saludables para donar sangre son más reducidas.	23-09-2021	09:44:54
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Consideramos el peso de 250kg o menor. Remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:50:56
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi Las especificaciones técnicas descritas por la Convocante son mínimas y no permiten determinar – al oferente - el tipo de electrobisturí que pretenden adquirir. Por ejemplo: La Convocante no menciona los tipos de cirugías a ser realizados: general, ginecológico, endoscópico, sellado de vasos, etc. (cada cirugía tiene su pieza de mano específico). La Convocante no menciona la potencia en los distintos modos: Corte monopolar puro 300W o mayor. Corte monopolar blend 300W o mayor. Coagulación monopolar suave 200W o mayor. Coagulación monopolar sin contacto 150W o mayor. Coagulación monopolar por desecación 100W o mayor. Corte bipolar puro 150W o mayor. Corte bipolar blend 140W o superior. Coagulación bipolar micro 50W o mayor. Coagulación bipolar macro 100W o mayor. Coagulación bipolar para vasos sanguíneos 100W o mayor. Coagulación bipolar para laparoscopia 100W o mayor. Además del carro, la Convocante no menciona otros accesorios que deben acompañar al equipo: Pedal doble; pinza bipolar recta y curva; lápices descartables; placas neutras, pinzas para sellados de vasos, etc. Por todo lo expuesto, solicitamos a la Convocante establecer claramente los parámetros técnicos a ser considerados para presentar una oferta acorde a las necesidades del hospital, apuntando siempre a equipos de tecnología moderna.	23-09-2021	10:25:04
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El equipo a cotizar deberá cumplir con las siguientes potencias: Monopolar Corte Puro. 300W Corte Monopolar Blend 200W Coagulación Monopolar 120W Bipolar 70W o mayor Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	04-10-2021	15:52:30
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Equipo de electrocirugía para corte y coagulación monopolar y bipolar. Con sistema REM Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipos con: Equipo de electrocirugía para corte y coagulación monopolar y bipolar. Con sistema del tipo REM o similar	23-09-2021	10:25:49
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	04-10-2021	15:53:13
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Peso: 8.1 Kg. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipos con: Peso: 10 kg (o menor)	23-09-2021	10:57:34
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:53:29
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Peso: 8.1 Kg. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipos con: Peso: Tamaño: 11,1 cm (alto) o mayor x 35,6 cm (ancho) o mayor x 43,9 cm (largo); con rango de variación de +/- 5 cm en todas las medidas.	23-09-2021	11:01:44
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:53:48
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Modos de salida: monopolar (1 salida) y bipolar (2 salidas). Solicitamos respetuosamente a la Convocante permitir la cotización de equipos con: Modos de salida: monopolar (1 salida) y bipolar (2 salidas) o monopolar (2 salidas) y bipolar (1 salida)	23-09-2021	11:02:33
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:54:02
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Respecto al punto 4.1 Conector placa: SISTEMA REM unicamente (E7507, E7509 sin cable) Podrían aclararnos a que se refieren con (E7507, E7509 sin cable)	23-09-2021	11:07:18
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:54:31
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Conector placa: sistema REM únicamente (E7507, E7509 sin cable). Solicitamos eliminar la parte (E7507, E7509 sin cable), porque se trata de una descripción que corresponde a los accesorios de un modelo específico de la marca ValleyLab. Por lo expuesto, solicitamos que quede redactado de la siguiente manera: Conector placa: sistema REM o similar.	23-09-2021	11:10:40
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:54:53
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Requisitos de alimentación: 85-132 VAC, 50-60 hz. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipo con: Requisitos de alimentación: 85-132 VAC, 50-60 hz o similar acorde al equipo ofertado.	23-09-2021	11:11:09
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:56:06
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Montaje: carro de valleylab o una base Solicitamos a la convocante eliminar la marca Valleylab, por otro lado solicitar de manera correcta este accesorio, debería decir: Montaje: en carro original del fabricante de 4 ruedas con sistema de freno en por lo menos 2; con al menos una base.	23-09-2021	11:12:13
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:56:22
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Certificado de autenticidad de marca. Solicitamos aclarar a qué documento se refiere. ¿es un certificado que debe emitir el fabricante?	23-09-2021	11:13:42
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:56:41
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración En una parte de las especificaciones técnicas dice: Estructura acero cromado. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Estructura acero cromado o acero al carbono con acabado en pintura esmaltada	23-09-2021	11:16:10
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se acepta acero cromado o acero al carbono con acabado en pintura esmaltada. Remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:56:54
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración En una parte de las especificaciones técnicas dice: Línea de focos auxiliares FL 4000. Solicitamos aclarar a qué se refiere con línea de focos auxiliares. Solicitamos eliminar esta característica porque se trata de una descripción que corresponde a un modelo específico el FL 4000.	23-09-2021	11:19:31
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:57:11
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración En una parte de las especificaciones técnicas dice: Sistema de Iluminación con lámpara LED. iluminancia de 15000 lux (distancia no menor a 500 mm). Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Sistema de Iluminación con lámpara LED. iluminancia de 10000 lux como mínimo, a una distancia no menor a 1000 mm).	23-09-2021	11:21:07
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:59:01
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración En una parte de las especificaciones técnicas dice: Pintura epoxi de alta resistencia a 250°. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Pintura epoxi o esmaltada, de alta resistencia.	23-09-2021	11:22:00
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	15:59:34
<b>CONSULTA</b>		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración En una parte de las especificaciones técnicas dice: Transformador de potencia con selector de voltaje permitiendo al usuario determinar el equipo a ser alimentado con voltaje 127 v/ 220v 50/60hz. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Transformador de potencia con selector de voltaje permitiendo al usuario determinar el equipo a ser alimentado con voltaje 127 v/220v 50/60hz o similar acorde al equipo ofertado.		23-09-2021	11:23:39
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		04-10-2021	15:59:53
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración En una parte de las especificaciones técnicas dice: Transformador de potencia con selector de voltaje permitiendo al usuario determinar el equipo a ser alimentado con voltaje 127 v/ 220v 50/60hz. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Transformador de potencia con selector de voltaje permitiendo al usuario determinar el equipo a ser alimentado con voltaje 127 v/220v 50/60hz o similar acorde al equipo ofertado.		23-09-2021	11:25:06
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		04-10-2021	16:00:21
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
2.1 Certificados de Normas de calidad específicas FDA, DECLARACION CE o JIS. Entendemos que este punto en específico busca asegurar la calidad y seguridad en los equipos por lo tanto, pedimos agregar certificados de conformidad IEC 60601: Normas para la Seguridad de Productos Médicos, que es una serie de normas internacionales armonizadas relativas a la seguridad y a las prestaciones básicas de los equipos electromédicos para dar participación a oferentes que cuente con Certificado CE/FDA o JIS. Esto teniendo en cuenta que en los puntos 2.2 ya solicitan Normas de calidad Generales y en el punto 6.4 certificados de calidad ISO: 9001, CE, UL, TUV, normas mercosur o al menos alguna de ellas.		23-09-2021	11:25:54
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		04-10-2021	16:00:50
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Lote N° 6 Ítem 1 - Lámpara de exploración En una parte de las especificaciones técnicas dice: El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS. Las lámparas de exploración no necesitan ser registradas en DINAVISA, por lo que solicitamos se excluya esta exigencia.		23-09-2021	11:27:07
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.		04-10-2021	16:01:11
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
LOTE 3. ITEM 1 "ELECTROCARDIOGRAFO". En una parte de las especificaciones técnicas dice: Protección contra desfibrilación: hasta un máximo de 12.000V, 360 J. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Protección contra desfibrilación, tipo de protección CF		23-09-2021	11:28:19
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital		04-10-2021	16:01:28
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas dice: Reproducción cromática CRI: entre 80y95. Solicitamos respetuosamente a la convocante permitir la cotización de equipos: Reproducción cromática CRI: 80% o mayor		23-09-2021	11:28:28
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		04-10-2021	16:01:48
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Lote 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas Reproducción cromática Rg: 80mayor Al parecer en vez de R9, la convocante escribió Rg. Por favor, aclarar ¿se está refiriendo al índice de reproducción del rojo R9?. Por lo expuesto, solicitamos permitir la cotización de: Reproducción cromática Rg o R9: 80 o mayor		23-09-2021	11:29:43
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda. Se refiere al índice de reproducción R9.		04-10-2021	16:02:09
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas dice: Diámetro de la cúpula: de 650 mm o mayor. Solicitamos respetuosamente a la convocante permitir la cotización de equipos: Diámetro de la cúpula: de 600 mm o mayor.		23-09-2021	11:30:51
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		04-10-2021	16:02:29
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas dice: los leds deben producir luz fría. Los leds no producen luz fria, lo que hacen es no generar calor. Solicitamos a la convocante eliminar esta parte.		23-09-2021	11:32:25
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita con luz fría LED. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		04-10-2021	16:02:44
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto Normas de calidad Generales: ISO 13485, solicitan que en los documentos se debe indicar marca y tipo de equipo ofertado, las certificaciones de ISO:13485 solo se mencionan en alcance de la certificación, por ejemplo: Diseño, Desarrollo, fabricacion y comercializacion de productos medicos y servicio post ventas. Consultamos con ustedes si no habra inconvenientes con nuestro certificado ISO 13485.		23-09-2021	11:34:55
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		04-10-2021	16:03:05
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
respecto al punto 6.5 como se demostrara la autenticidad de marca? aclarar que documentacion necesitan.		23-09-2021	11:44:38
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		04-10-2021	16:03:46
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con respecto al punto 5.1 montaje: carro valleylab o una base, se refieren a carro de transporte? obviamente podemos presentar carro con la marca cotizada no?		23-09-2021	11:48:06
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		04-10-2021	16:04:16
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas dice: los leds deben producir luz fría. Los leds no producen luz fria, lo que hacen es no generar calor. Solicitamos a la convocante eliminar esta parte.		23-09-2021	11:55:41
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita con luz fría LED. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		04-10-2021	16:04:36
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas dice: Diámetro del campo:entre 180 y 280 mm o mejor. Solicitamos respetuosamente a la convocante permitir la cotización de equipos: Diámetro del campo: entre 160 y 260 mm o mejor."		23-09-2021	11:56:30
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		04-10-2021	16:04:59
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas dice: Profundidad de iluminación: (L1+L2) 800 mm. Solicitamos a la convocante aclarar 800 mm ¿es el resultado de la suma de L1 + (L1+L2)?		23-09-2021	11:56:50
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se aclara al Oferente que sí, es el resultado de dicha suma.		04-10-2021	16:05:29
<b>CONSULTA</b>			



### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se menciona, Altura regulable con tornillo tipo mariposa de sujeción. Se le solicita amablemente a la convocante, aceptar regulación de la altura a rosca, u otro tipo de regulación, ya que cumple con la función solicitada.	23-09-2021	12:05:45
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si se acepta. Se solicita al Oferente remitirse a la adenda.	04-10-2021	16:05:53
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas dice: los leds deben producir luz fría. Los leds no producen luz fría, lo que hacen es no generar calor. Solicitamos a la convocante eliminar esta parte.	23-09-2021	13:03:29
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita con luz fría LED. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	16:06:24
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas dice: Voltaje: 220VAC ± 10%, 50 Hz. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipo con: Voltaje: 220VAC ± 10%, 50 Hz o similar acorde al equipo ofertado.	23-09-2021	13:05:58
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	16:06:45
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Item 2 Lámpara Cialitica con satélite En una parte de las especificaciones técnicas dice: Clase de protección IP 54 osuperior. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipo con: Clase de protección IP 40 osuperior.	23-09-2021	13:06:35
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	16:07:09
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la estimada convocante; realizar la modificación del inciso i donde se pronuncia: Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25 Solicitando: Excluir este requisito para los lotes 13, 14 y 16 ya que dichos productos no requieren registro sanitario al no tener intervención en DINAVISA.	23-09-2021	13:08:24
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.	04-10-2021	16:07:48
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 3.1 Donde dice, Pantalla con tecnología LCD a colores, sensible al tacto. De 800 x 480 pixeles. Tamaño diagonal de 7", solicitamos muy amablemente a la convocante se puedan ofertar electrocardiógrafos con Pantalla con tecnología LCD a colores, sensible al tacto. De 640 x 480 pixeles. Tamaño diagonal de 6,5", ya que esto no afectará el desempeño del equipo.	23-09-2021	13:11:55
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	16:09:55
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.2 Reconocimiento de frecuencia cardiaca: Técnica: detección pico a pico Rango: 30 BPM ~300 BPM o mayor, solicitamos se puedan ofertar equipos con rango de 30 a 240 bpm	23-09-2021	13:14:19
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	16:10:35
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

En el punto 4.3 Resolución A/D: 24 bits o mejor, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes, solicitamos se puedan cotizar equipos con Resolución A/D: 12 bits o mejor	23-09-2021	13:15:05
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:11:00
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto 4.12 Frecuencia de muestreo: 1000 Hz o mejor, se podrán ofertar equipos con frecuencia de muestreo 500 muestras por segundo por electrodo/lead	23-09-2021	13:15:30
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:11:23
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde dice: Velocidad de impresión: 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, solicitamos se puedan ofertar electrocardiógrafos con velocidad de impresión de 25mm/s y 50mm/s	23-09-2021	13:16:22
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
No se puede porque en ciertos pacientes hay que disminuir la velocidad. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	04-10-2021	16:12:21
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde solicitan: 4.15 Posibilidad de transmitir datos del ECG con formato DAT\PDF\SCP\FDA-XML a una PC, solicitamos se puedan ofertar posibilidad de transmitir datos del ECG con formato XML, XML SVG y PDF	23-09-2021	13:17:17
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:12:39
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto 4.19 Batería interna recargable con autonomía de 4 horas, solicitamos se permitan cotizar batería interna recargable con autonomía de 30 minutos.	23-09-2021	13:17:52
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se quiere mayor duración. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	16:13:08
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde solicitan bandeja para contener los instrumentales, consultamos si las mismas deberán contar con tapa.	23-09-2021	13:18:31
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Sí la misma deberá ser con tapa. Remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:13:31
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde solicitan bandeja para contener los instrumentales, consultamos si las mismas deberán contar con tapa.	23-09-2021	13:19:07
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Sí la misma deberá ser con tapa. Remitirse a la Adenda	04-10-2021	16:13:48
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos las siguientes aclaraciones para una mejor elaboración de nuestra consulta: 1) El equipo solicitado en que servicio sera utilizado. 2) con respecto a los puntos 8.1.2.6 Deberá tener la capacidad de incluir parámetros vitales y 9.1 Monitores de signos vitales, con almacenamiento de tendencias, de la misma marca del equipo no comprendemos que pretenden medir o ver, los signos vitales se monitorizan durante la hospitalización de los pacientes y el equipo solicitado en el lote 14 es un equipo que mide en el momento, no estamos seguros que tipo de integración buscan, quieren ver los datos de signos vitales en la misma hoja de resultado del equipo analizador? 3) 5.1 Balanza integrada de 0 a 280 Kg. De medición, mínimo para pacientes bariátricos, Consulta: con respecto al rango 0 tiene alguna justificación sustentable o podrán permitir un margen de +/- 10, un equipo analizador perfectamente puede ser utilizado en pacientes pediátrica-infantil pero a partir de 3 años como mínimo, el criterio de 0-280 debe revisarse.	23-09-2021	13:27:03
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Respuesta: 1. Sera utilizado en el Servicio de Nefrología (Dialisis) 2. Son pacientes que realizan tratamiento ambulatorio 3 veces por semana 4hs cada sección, en las especificaciones técnicas informa que el equipo seca m VSA el monitor presta estas informaciones cuatro signos vitales (presión arterial, saturación de oxígeno, pulso y temperatura) + análisis de bioimpedancia (masa grasa, masa muscular, agua corporal) muy importante para nuestros pacientes para ajustar el peso seco aproximadamente. Asimismo, el servicio solicita garantizar la integración de los datos medidos entre equipos, que puedan integrarse entre los datos provistos por el analizador corporal y el monitor de signos vitales, donde buscamos la total integración de ambos equipos a través de un software especializado, por lo que esta convocante busca que los parámetros medidos deban ser almacenados en un sistema informático como se solicita en las especificaciones técnicas. Esto se puede garantizar únicamente con equipos específicos y que puedan integrarse entre sí, fabricados por una misma marca. El almacenamiento de información clínica es fundamental para la trazabilidad del servicio y del hospital, donde existen varias marcas que hacen ésa misma integración. 3. Tenemos también en el servicio nefrología pediátrica, se puede obviar el rango de 0, teniendo en cuenta el límite de edad a partir de 3 años para el equipo. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	04-10-2021	16:14:31
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde solicitan bandeja para contener los instrumentales, consultamos si las mismas deberán contar con tapa.	23-09-2021	13:28:54
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Sí la misma deberá ser con tapa. Remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:14:52
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialíticas de pie En una parte de las especificaciones técnicas dice: Peso individual (cúpula + pedestal): no mayor a 20kilos Si se pretende adquirir un equipo de buena calidad, resistente y robusto no se va conseguir con un peso tan bajo. Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Peso individual (cúpula + pedestal): no mayor a 60 kilos	23-09-2021	13:37:36
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
No se puede el equipo requiere el desplazamiento de un lugar a otro de acuerdo a las exigencias del servicio. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	04-10-2021	16:15:22
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialíticas de pie En una parte de las especificaciones técnicas dice: Diámetro del campo luminoso entre: 15cms (+/- 2) a 20 cms (+/- 2) a una distancia de 1 metro. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Diámetro del campo luminoso entre: 15cms (+/- 3) a 20 cms (+/- 3) a una distancia de 1 metro.	23-09-2021	13:38:25
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:15:39
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialíticas de pie En una parte de las especificaciones técnicas dice: Iluminación atenuada entre 10% a 100% para procedimientos endoscópicos. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Iluminación atenuada entre 20% (o menor) a 90% (o mayor) para procedimientos endoscópicos.	23-09-2021	13:39:16
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se puede entre 20% (o menor) a 90% (o mayor). Remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:15:59
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialíticas de pie En una parte de las especificaciones técnicas dice: Iluminación atenuada entre 10% a 100% para procedimientos endoscópicos. Solicitamos a la Convocante declarar opcional esta función.	23-09-2021	13:39:59
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se puede entre 20% (o menor) a 90% (o mayor). Remitirse a la Adenda	04-10-2021	16:16:20
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
EN EL PUNTO 4.17 - Teclado alfanumérico completo integrado (del tipo QWERTY) para introducción de datos de paciente. Se solicita modificar este punto, con el fin de permitir mayor cantidad de participantes a: Teclado alfanumérico completo integrado (del tipo QWERTY) y/o digital para introducción de datos de paciente.	23-09-2021	13:53:31
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:16:38
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde dice: La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra. Solicitamos a la convocante que el plazo para entrega del bien sea de 60 días posteriores a la recepción de la orden de compra.	23-09-2021	14:03:34
<b>RESPUESTAS</b>		

### Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones los bienes requeridos por la Convocante son muy necesarios para el hospital y se requieren de la entrega pronta para su utilización.	04-10-2021	16:16:59
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al punto 8.1.2.8 Deberá Ingresar, dar de alta o transferir pacientes. Al menos dos de ellas. a que se refiere con "DAR DE ALTA" como lo haríamos? el equipo Solicitado es un analizador corporal.	23-09-2021	14:06:14
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sabemos que es un equipo analizador corporal, se refiere a ingreso de datos de pacientes, alta en el caso de óbitos. Nuestros pacientes acuden al servicio tres veces a la semana. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	04-10-2021	16:17:19
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al punto 9.5 El equipo deberá discriminar pacientes por: Nombre, apellido, edad, género y raza, solicitamos amablemente retirar la característica raza, ya que el equipo solicitado por ustedes se utiliza únicamente la impedancia para determinar los resultados de composición de cuerpos no se utilizan ni se requieren estimaciones empíricas como sexo y edad para obtener su composición corporal.	23-09-2021	14:12:50
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La discriminación del tipo de raza (asiático, caucásico, etíopico, hispano.) permite una valoración más específica y precisa por cada paciente en la composición del cuerpo, esto es debido a las diferencias fisiológicas, cantidad de masa muscular, cantidad de grasa alojada, cantidad de líquido, etc., entre los distintos tipos de raza existentes. Las especificaciones técnicas solicitadas son mínimas. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	04-10-2021	16:17:44
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 8 Ítem N° 1 MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA Donde dice: Cuatro ruedas, que permitan el giro total de la mesa (con frenos en los cuatro ruedas) Solicitamos amablemente a la convocante permita: Cuatro ruedas, que permitan el giro total de la mesa (con frenos en al menos 2 (dos) ruedas)	23-09-2021	14:15:47
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	16:18:09
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 13 Ítem N° 1 BALANZA DIGITAL DE PIE Donde dice: Pantalla: Balanza digital con soporte para pantalla. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Balanza digital con pantalla o display para visualizar peso.	23-09-2021	14:16:57
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:18:31
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 13 Ítem N° 1 BALANZA DIGITAL DE PIE Donde dice: Pantalla: LCD retroiluminada. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Pantalla: LCD retroiluminada (OPCIONAL)	23-09-2021	14:17:47
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:18:51
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 13 Ítem N° 1 BALANZA DIGITAL DE PIE Donde dice: Dimensiones mínimas del plato de pesaje: 30cm ancho x 28,5 cm largo. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Dimensiones mínimas del plato de pesaje: 30cm ancho x 28,5 cm largo. Rango de variación de +/- 5cm	23-09-2021	14:18:20
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	16:19:16
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 13 Ítem N° 1 BALANZA DIGITAL DE PIE Donde dice: Pantalla: Burbuja de nivelación. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Burbuja de nivelación (OPCIONAL)	23-09-2021	14:18:49
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	04-10-2021	16:19:44
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Lote N° 13 Ítem N° 1 BALANZA DIGITAL DE PIE Donde dice: Otros requerimientos El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto teniendo en cuenta que los equipos antropométricos no son regulados por la DINAVISA.	23-09-2021	14:19:12
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.	04-10-2021	16:20:09
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 13 Ítem N° 2 BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLIMETRO Donde dice: Pantalla: Capacidad: 220 Kg. como mínimo. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Capacidad: 200 Kg. como mínimo	23-09-2021	14:19:47
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	04-10-2021	16:20:27
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos amablemente a la convocante establezca margenes para los siguientes puntos.. 4.6 Corriente eléctrica de medición máxima: 100 $\mu$ A permitir 80 $\mu$ A 4.7 Duración máxima de medición: 30 segundos permitir una duración máxima de 60 segundos.	23-09-2021	14:20:42
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Para el punto 4.6 se solicita una corriente máxima de 100 $\mu$ A, una corriente de 80 $\mu$ A cumple estas especificaciones, por lo cual lo solicitado está dentro del rango.	04-10-2021	16:20:53
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 13 Ítem N° 2 BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLIMETRO Donde dice: Pantalla: Dimensiones (AxAxP): 520 x 1556 x 520 mm. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Dimensiones (AxAxP): 520 x 1556 x 520 mm. Rango de variación de +/- 100mm	23-09-2021	14:21:43
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Para el punto 4.6 se solicita una corriente máxima de 100 $\mu$ A, una corriente de 80 $\mu$ A cumple estas especificaciones, por lo cual lo solicitado está dentro del rango.	04-10-2021	16:21:56
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Precios Referenciales Solicitamos a la Convocante revisar los precios referenciales, aparentemente están mal asignados, por el ejemplo el Lote 6, la sumatoria de los 3 ítems no alcanza los tres millones de guaraníes. Otro ejemplo es el Lote 14, cuyo importe total supera los mil millones, sin embargo, se trata de un producto con un precio muy inferior.	23-09-2021	14:21:50
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:22:44
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 15 Ítem N° 1 CAMILLA FIJA Donde dice: Otros requerimientos El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto teniendo en cuenta que los este tipo de mobiliario no está regulado por la DINAVISA. Sugerimos a la convocante solicitar como sigue: Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).	23-09-2021	14:23:02
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Es una exigencia obligatoria de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para Fabricar, Importador, Distribuidor y/o Representar Dispositivos Médicos (Resolución S.G. N° 669/16). Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	04-10-2021	16:23:13
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 16 Ítem N° 1 CAMILLA GINECOLOGICA Donde dice: Otros requerimientos El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto teniendo en cuenta que los este tipo de mobiliario no está regulado por la DINAVISA. Sugerimos a la convocante solicitar como sigue: Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).	23-09-2021	14:23:23
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Es una exigencia obligatoria de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para Fabricar, Importador, Distribuidor y/o Representar Dispositivos Médicos (Resolución S.G. N° 669/16). Se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.	04-10-2021	16:23:34
<b>CONSULTA</b>		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 16 Ítem N° 1 MESADA DE LABORATORIO Donde dice: Otros requerimientos El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINA VISA dependiente del MSPyBS." Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto teniendo en cuenta que los este tipo de mobiliario no está regulado por la DINA VISA. Sugerimos a la convocante solicitar como sigue: Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).	23-09-2021	14:23:43
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:23:55
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 20 Ítem N° 1 MESA PARA ALIMENTOS Donde dice: Pantalla: Altura y ángulo ajustable. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Burbuja de nivelación (OPCIONAL)	23-09-2021	14:24:17
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:24:16
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 1 Ítem 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES En una parte de las especificaciones técnicas dice: Certificado de autenticidad de marca. Solicitamos aclarar a qué documento se refiere. ¿es un certificado que debe emitir el fabricante? Es la primera vez que una entidad solicita este tipo de documento.	23-09-2021	14:26:17
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:24:35
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante de manera a realizar cambios pertinentes en la sección descrita más abajo; i. Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25. Solicitamos eximir registros sanitarios para los lotes 13,14 y 16 por ser equipos libres de DINA VISA	23-09-2021	14:29:34
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINA VISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.	04-10-2021	16:25:00
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante de manera a realizar cambios pertinentes en la sección descrita más abajo; i. Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25. Solicitamos eximir registros sanitarios para los lotes 13,14 y 16 por ser equipos libres de DINA VISA	23-09-2021	14:29:49
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINA VISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.	04-10-2021	16:25:27
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante permitir para el punto 9.1 Monitor de Signos vitales con almacenamiento de tendencias, cotizar con el analizador corporal monitores de signos vitales de una marca diferente al equipo. pero con todos los requerimientos de controles, certificaciones y registro sanitario que el analizador. Si la convocante nos aclara a que servicio ira el equipo y el uso que tendrá, para comprender si esta característica es indispensable ya que solo una marca en el mundo daría cumplimiento a la misma.	23-09-2021	14:37:53
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El servicio solicita garantizar la integración de los datos medidos entre equipos, que puedan integrarse entre los datos provistos por el analizador corporal y el monitor de signos vitales, donde buscamos la total integración de ambos equipos a través de un software especializado, por lo que esta convocante busca que los parámetros medidos deban ser almacenados en un sistema informático como se solicita en las especificaciones técnicas. Esto se puede garantizar únicamente con equipos específicos y que puedan integrarse entre sí, fabricados por una misma marca. Ésta convocante requiere lo solicitado para optimizar los tiempos de análisis que actualmente se realiza de manera manual, es una necesidad requerida en el servicio de Nefrología (DIALISIS), donde contamos con un espacio físico pequeño, donde reducir, optimizar y obtener resultados más precisos en los tiempos de pesaje y análisis corporales, junto con los signos vitales es fundamental, tanto para el servicio, como para los pacientes que acuden al mismo, las especificaciones técnicas son mínimas. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	04-10-2021	16:26:01
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Se solicita a la convocante de manera a realizar cambios pertinentes en la sección descrita más abajo: ¡Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25. Solicitamos eximir de registro sanitario para los lotes: 13, 14 y 16 por ser equipos que no requieren dicho registro en DNVS.	23-09-2021	14:45:43
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.	04-10-2021	16:26:20
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde dice: Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25. solicitamos que éste punto sea excluido para los lotes 13, 14 y 16, por no requerir éstos lotes registro en dicha institución	23-09-2021	14:49:51
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos	04-10-2021	16:26:41
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde dice: Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25. solicitamos que éste punto sea excluido para los lotes 13, 14 y 16, por no requerir éstos lotes registro en dicha institución	23-09-2021	14:50:55
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
: Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.	04-10-2021	16:27:14
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde dice: Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25. solicitamos que éste punto sea excluido para los lotes 13, 14 y 16, por no requerir éstos lotes registro en dicha institución	23-09-2021	14:54:01
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.	04-10-2021	16:27:40
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
"Lote N° 10. Item 1: Regulador de presión de oxígeno En una parte de las especificaciones técnicas dice: El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente o constancia de estar en inicio de trámite de registro emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS.""	23-09-2021	14:59:06
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al oferente remitirse a la Adenda, la convocante requiere que los equipos ofertados cuenten con el Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS, y en el caso de que el documento se encuentre vencido deberá presentar la Constancia de que el Registro Sanitario del bien Ofertado se encuentra en trámite de renovación. Lo expuesto es a razón de que este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.	04-10-2021	16:28:02
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde dice: Corriente de coagulación sin contacto mediante Spray, ajustable de 2 (o menor) a 150 W (o mayor) Solicitamos amablemente a la convocante permitir de 2 (o menor) a 120 W (o mayor) ya que hay pocas marcas que tengan dicha potencia y además que el rango normal quirúrgico para evitar daños graves en el tejido es de 1 a 60 W.	28-09-2021	11:40:00
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:28:19
<b>CONSULTA</b>		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Corriente de coagulación sin contacto mediante Chispas o Arcos Voltaicos, ajustable de 2 (o menor) a 150 W (o mayor). Solicitamos amablemente a la convocante permitir de 2 (o menor) a 120 W (o mayor) ya que hay pocas marcas que tengan dicha potencia y además que el rango normal quirúrgico para evitar daños graves en el tejido es de 1 a 60 W.	28-09-2021	11:41:40
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	04-10-2021	16:28:35
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Corriente de coagulación bipolar micro, ajustable de 0,1 a 50 W (o mayor). Solicitamos amablemente a la convocante permitir de 0,1 a 20 W (o mayor) ya que hay pocas marcas que tengan dicha potencia en coagulación micro y evitar así un mayor daño al tejido.	28-09-2021	11:55:35
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
: Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:28:56
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Corriente de coagulación bipolar para vasos sanguíneos bipolar, ajustable de 5 (o menor) a 300 W (o mayor). Solicitamos amablemente a la convocante permitir ofertar de 5 (o menor) a 200 W (o mayor) para menor dispersión térmica, menor daño al tejido y reducción de efectos negativos Post operatorios.	28-09-2021	12:00:17
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:29:19
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Interruptor de pie de doble pedal con longitud de cable de al menos 5 m. Antiexplosivo. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar el mismo interruptor pero con 4 metros de cable ya que no incide en su utilización dentro de una cirugía.	28-09-2021	12:02:41
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	04-10-2021	16:29:42
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Tamaño 11,1 cm (alto) x 35,6 cm (ancho) x 43,9 cm (largo). Solicitamos amablemente a la convocante permitir ofertar equipos con la siguientes medidas: 43,0 cm (ancho) x 18,0 cm (alto) x 47,5 cm (largo) considerando que no afecta a las prestaciones del equipo y varían según el fabricante.	28-09-2021	12:37:17
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto	08-10-2021	07:42:18
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Peso: 8,1 Kg. Se puede ofertar equipos de 12,5 kg considerando que no afecta a las prestaciones del equipo y varían según el fabricante.	28-09-2021	12:41:19
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital	08-10-2021	07:43:02
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Requisitos de alimentación: 85-132 VAC, 50-60 Hz. Solicitamos amablemente a la convocante modificar esto de acuerdo a los requerimientos estándares para nuestro País de 210-230 VAC.	28-09-2021	12:44:29
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.	08-10-2021	07:43:26
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se puede ofertar equipos con las siguientes medidas: 43,0 cm (ancho) x 15,0 cm (alto) x 40,0 cm (largo) considerando que no afecta a las prestaciones del equipo y varían según el fabricante.	28-09-2021	12:48:55
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.	08-10-2021	07:43:56
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora



### Listado de Consultas

Solicitamos amablemente a la convocante en el inciso h; agregar h. Listado del Personal Técnico en reparación de equipos médicos (mínimo 1 un técnico) acompañado de sus certificados, copia de C.I. vigente de cada personal y copia de planilla de seguro social o contrato con servicio técnico tercerizado con la vigencia mínima de 6 meses en donde figure el personal propuesto, a fin de brindar capacitación técnica sobre el uso, precauciones y mantenimiento del equipo al personal médico. El servicio tercerizado podrá ser a través de una empresa o en forma independiente mientras tenga las certificaciones de los equipos ofertados.	28-09-2021	13:35:54
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	08-10-2021	08:29:50
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
3. Características generales. 3.1: Peso 8.1Kg: Se solicita a la convocante ampliar el peso en +-0,700Kg	28-09-2021	14:36:58
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.	08-10-2021	08:30:10
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
3. Características generales. 3.2 Tamaño 11,1 cm (alto)x35,6cm (ancho)x 43,9 cm (largo). Se solicita a la convocante ampliar el rango de medidas 11,1 (+-3cm) x 35,6 (+-3cm) x 43,9 (+-1cm)	28-09-2021	14:40:00
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.	08-10-2021	08:31:00
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
3. Características generales. 3.5 Modo activación. Se solicita a la convocante modificar a Monopolar ( pedal y manual) y bipolar (pedal)	28-09-2021	14:45:25
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.	08-10-2021	08:31:23
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
3. Características generales 3.7 Modos de salida: Se solicita a la convocante corregir a Monopolar (2 salidas) y bipolar (1 salida)	28-09-2021	14:47:44
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.	08-10-2021	08:32:01
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
4. Parametros tecnicos. 4.2 Requisitos de alimentación: Se solicita a la convocante modificar a 220 V 50-60Hz	28-09-2021	14:48:50
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.	08-10-2021	08:32:21
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
3. Características generales 3.6 Modo de activacion. Se solicita modificar a Monopolar (pedal y manual) y bipolar (pedal)	28-09-2021	14:54:10
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 04 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.	08-10-2021	08:33:11
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos a la convocante agregar en el inciso H personal técnico tercerizado mediante contratos de servicios, esto va a posibilitar tener mayor participación ya que muchos técnicos realizan sus servicios de esta manera h. Listado del Personal Técnico en reparación de equipos médicos (mínimo 1 un técnico) acompañado de sus certificados, copia de C.I. vigente de cada personal y copia de planilla de seguro social o contratos privados en donde figure el personal propuesto, a fin de brindar capacitación técnica sobre el uso, precauciones y mantenimiento del equipo al personal médico. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, lote 13 item 1, lote 14,lote 15 items 1,2 y el lote 23.	01-10-2021	10:50:20
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	08-10-2021	08:34:50
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Solicitamos a la convocante agregar en el inciso H personal técnico tercerizado mediante contratos de servicios, esto va a posibilitar tener mayor participación ya que muchos técnicos realizan sus servicios de esta manera h. Listado del Personal Técnico en reparación de equipos médicos (mínimo 1 un técnico) acompañado de sus certificados, copia de C.I. vigente de cada personal y copia de planilla de seguro social o contratos privados en donde figure el personal propuesto, a fin de brindar capacitación técnica sobre el uso, precauciones y mantenimiento del equipo al personal médico. Aplicable para los lotes del 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, lote 13 ítem 1, lote 14,lote 15 ítems 1,2 y el lote 23.	01-10-2021	10:51:24
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	08-10-2021	08:35:16
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar. En una parte de las especificaciones técnicas dice: Con sistema para el monitoreo continuo de la calidad del contacto placa- paciente y software para responder automáticamente a los cambios en la densidad del tejido para los modos bipolar y monopolar corte y coagulación. Respetuosamente solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con: Con sistema para el monitoreo continuo de la calidad del contacto placa - paciente y software para responder automáticamente a los cambios en la densidad del tejido para modo bipolar coagulación o para modo monopolar corte y coagulación.	05-10-2021	13:50:11
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	08-10-2021	08:35:49
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar. En una parte de las especificaciones técnicas dice: mediante pantalla táctil. Respetuosamente solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con: mediante pantalla táctil o botón mando giratorio.	05-10-2021	13:50:54
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	08-10-2021	08:36:39
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Amperímetro incorporado. Solicitamos respetuosamente a la convocante poder solicitar equipos con: Amperímetro o indicador digital de potencia incorporado	05-10-2021	13:51:21
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	08-10-2021	08:40:35
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Monopolar CUT: Puro (300W), Blend (200W) Solicitamos respetuosamente a la convocante permitir la cotización de equipos con: Monopolar CUT: Puro (300W o mayor), Blend (200W o mayor)	05-10-2021	13:52:16
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se puede permitir. Favor remitirse a la Adenda.	08-10-2021	08:41:04
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Monopolar CUT: Puro (300W), Blend (200W) Solicitamos respetuosamente a la convocante permitir la cotización de equipos con: Monopolar CUT: Puro (300W o mayor), Blend (200W o mayor)	05-10-2021	13:53:11
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se puede permitir. Favor remitirse a la Adenda.	08-10-2021	08:41:37
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote 12 Item 1 Cauterio Bipolar En una parte de las especificaciones técnicas dice: Monopolar COAG: Fulguración (120 W) Solicitamos respetuosamente a la convocante permitir la cotización de equipos con: Monopolar COAG: Fulguración (100 W o mayor )	05-10-2021	13:53:44
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	08-10-2021	08:42:51
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Equipo totalmente microprocesado Solicitamos respetuosamente a la convocante poder cotizar equipos con: Equipo totalmente microprocesado o microcontrolado.	05-10-2021	14:49:17

### Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se puede. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	08-10-2021	08:43:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Posibilidad de seleccionar las siguientes funciones de modo corte: Pure, Blend 1, Blend 2, Blend 3, Sistema Hi Cut y Pulse Solicitamos a la convocante poder cotizar equipos con: Posibilidad de seleccionar las siguientes funciones de modo corte: Pure, Blend 1, Blend 2, Blend 3, Sistema Hi Cut y Pulse o cortes similares con las denominaciones propias de cada fabricante.	05-10-2021	14:50:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se puede cotizar con las denominaciones del fabricante, siempre y cuando cumpla con las 6 funciones mínimas solicitadas. Remitirse a la Adenda.	08-10-2021	08:43:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Posibilidad de seleccionar las siguientes funciones en modo coagulación: Spray, Fulgurate high, fulgurate low, dessicate y soft Solicitamos a la convocante poder cotizar equipos con: Posibilidad de seleccionar las siguientes funciones en modo coagulación: Spray, Fulgurate high, fulgurate low, dessicate y soft o coagulaciones similares con las denominaciones propias de cada fabricante.	05-10-2021	14:51:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se puede cotizar con las denominaciones del fabricante, siempre y cuando cumpla con las 5 funciones mínimas solicitadas. Remitirse a la Adenda.	08-10-2021	08:44:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Posibilidad de seleccionar las siguientes funciones en modo bipolar: bipolar, micro bipolar, macro bipolar y bipolar cut Solicitamos a la convocante poder cotizar equipos con: Posibilidad de seleccionar las siguientes funciones en modo bipolar: bipolar, micro bipolar, macro bipolar y bipolar cut o modos bipolares similares con las denominaciones propias de cada fabricante.	05-10-2021	14:51:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se puede cotizar con las denominaciones del fabricante, siempre y cuando cumpla con las 4 funciones mínimas solicitadas. Remitirse a la Adenda	08-10-2021	08:52:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Pinzas monopolares de al menos 15cm, con cable. 2 unidades Solicitamos a la convocante aclarar este punto, ¿Se refiere a Pinzas bipolares de al menos 15 cm, con cable. 2 unidades? o ¿Lapiz monopolar de al menos 15 cm, con cable. 2 unidades?	05-10-2021	14:52:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refieren a pinzas monopolares o unipolares.	08-10-2021	08:52:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Lápices de uno sólo con cable, al menos 10 o uno reutilizable, con cable Se entiende que es de un solo uso, no obstante solicitamos a la convocante aclarar este punto, ¿ Se refiere a Lápices de un solo uso con cable, al menos 10 o uno reutilizable, con cable?	05-10-2021	14:54:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se deben entregar 10 lápices con cable en caso de cotizar descartable, o un lápiz con cable, en caso de cotizar reutilizable. Remitirse a la Adenda.	08-10-2021	08:53:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialíticas de pie En una parte de las especificaciones técnicas dice: Peso individual (cúpula + pedestal): no mayor a 20kilos Respetuosamente solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Peso individual (cúpula + pedestal): 20 kilos o mayor	05-10-2021	14:56:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital y de acuerdo a las exigencias del servicio afectado	08-10-2021	08:53:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Certificado de Normas de calidad especificas FDA, Declaración CE, o JIS al menos alguna de ellas. consulta: se podrá oferta productos con certificado de norma de calidad del Mercosur	05-10-2021	14:56:39
RESPUESTAS		

### Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí se podrá ofertar productos con certificado de norma de calidad del Mercosur, como está establecido en el PBC.	08-10-2021	08:54:22
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
LOTE 3. ITEM 1 "ELECTROCARDIOGRAFO". En una parte de las especificaciones técnicas dice: Protección contra desfibrilación: hasta un máximo de 12.000V, 360 J. Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Protección contra desfibrilación, tipo de proteccion CF	07-10-2021	13:52:59
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	08-10-2021	12:59:31
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 4 Ítem 1 Equipo de Electrobisturi En una parte de las especificaciones técnicas dice: Pinzas monopolares de al menos 15cm, con cable. 2 unidades. Consideramos que la Convocante transcribió erróneamente – de manera involuntaria – la palabra monopololar. Debería ser bipolar, que podría ser una pinza bipolar recta o una pinza bipolar curva. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la Convocante corregir y describir como bipolar. En dicho caso este punto quedaría redactado de la siguiente manera: Pinzas bipolares de al menos 15cm, con cable. 2 unidades.	07-10-2021	14:19:36
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	08-10-2021	12:59:52
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 12 Ítem 1- Cauterio Bipolar - Unidad Electroquirúrgica - Sellador De Vasos En una parte de las especificaciones técnicas dice: mediante pantalla táctil. Solicitamos Respetuosamente a la convocante poder cotizar equipos con: mediante pantalla táctil o mediante mando giratorio	07-10-2021	14:33:29
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	08-10-2021	13:00:23
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 12 Ítem 1- Cauterio Bipolar - Unidad Electroquirúrgica - Sellador De Vasos En una parte de las especificaciones técnicas dice: Software para responder automáticamente a los cambios en la densidad del tejido para los modos bipolar y monopolar corte y coagulación Solicitamos respetuosamente a la Convocante permitir la cotización de equipo con: Software para responder automáticamente a los cambios en la densidad del tejido en el modo coagulación bipolar o mejor.	07-10-2021	14:34:02
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	08-10-2021	13:00:47
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 12 Ítem 1- Cauterio Bipolar - Unidad Electroquirúrgica - Sellador De Vasos En una parte de las especificaciones técnicas dice: Modos de trabajo: Bipolar: Precise (1 70 W o mayor rango), Standard (1 70 W o mayor rango), Macro (1- 70 W o mayor rango) Solicitamos Respetuosamente a la convocante poder cotizar equipos con: Modos de trabajo: Bipolar: Precise (1 70 W o mayor rango), Standard (1 70 W o mayor rango), Macro (1- 70 W o mayor rango) o modos de trabajos similares con las denominaciones propias de cada fabricante	07-10-2021	14:34:29
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda N° 05 en la cual ya se respondió a la consulta de este punto.	08-10-2021	13:01:10
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 12 Ítem 1- Cauterio Bipolar - Unidad Electroquirúrgica - Sellador De Vasos En una parte de las especificaciones técnicas dice: Amperímetro incorporado. Solicitamos Respetuosamente a la convocante poder cotizar equipos con: Amperímetro incorporado o indicador digital de potencia incorporado.	07-10-2021	14:35:36
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	08-10-2021	13:01:30
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 12 Ítem 1- Cauterio Bipolar - Unidad Electroquirúrgica - Sellador De Vasos En una parte de las especificaciones técnicas dice: Todos los modos de trabajo son controlados por software para responder automáticamente a los cambios en la densidad del tejido Solicitamos Respetuosamente a la convocante poder cotizar equipos con: Con al menos un modo de trabajo controlado por software para responder automáticamente a los cambios en la densidad del tejido	07-10-2021	14:36:09
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		08-10-2021	13:01:55
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 8 Ítem N° 1 MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA Donde dice: Cuatro ruedas, que permitan el giro total de la mesa (con frenos en los cuatro ruedas) Solicitamos amablemente a la convocante permita: Cuatro ruedas, que permitan el giro total de la mesa (con frenos en AL MENOS 2 (DOS) ruedas)		07-10-2021	14:42:12
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		08-10-2021	13:02:15
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 2 Ítem N° 1 CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO Donde dice: Ancho de la mesa: 78cm a 85cm Solicitamos amablemente a la convocante permita: Ancho de la mesa: 70cm a 85cm		07-10-2021	14:43:15
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		08-10-2021	13:03:32
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 2 Ítem N° 1 CAMILLA HIDRAULICA PARA SALA DE PARTO Donde dice: Ajuste espaldar, por resorte de gas: 78 ° Solicitamos amablemente a la convocante permita: Ajuste espaldar, por resorte de gas: 70 ° o mayor.		07-10-2021	14:44:33
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		08-10-2021	13:03:48
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 13 Ítem N° 1 BALANZA DIGITAL DE PIE Donde dice: Otros requerimientos El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto teniendo en cuenta que los equipos antropométricos no son regulados por la DINAVISA, son regulados por la INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología)		07-10-2021	14:44:49
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos.		08-10-2021	13:04:10
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 13 Ítem N° 1 BALANZA DIGITAL DE PIE Donde dice: Burbuja de nivelación. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Burbuja de nivelación (OPCIONAL)		07-10-2021	14:45:05
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital		08-10-2021	13:04:28
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 13 Ítem N° 2 BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLIMETRO Donde dice: Con tallimetro de medición, con un alcance de medición de 60 a 200 cm. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Con tallimetro de medición, con un alcance de medición de 70cm o menor a 200 cm.		07-10-2021	14:45:19
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		08-10-2021	13:04:47
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 13 Ítem N° 2 BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLIMETRO Donde dice: Dimensiones (AxAxP): 520 x 1556 x 520 mm. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Dimensiones APROXIMADAS (AxAxP): 520 x 1556 x 520 mm		07-10-2021	14:45:42
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.		08-10-2021	13:05:08
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Lote N° 13 Ítem N° 2 BALANZA DE PESO CORPORAL CON TALLIMETRO Donde dice: Peso neto: 16,2 kg como mínimo. Solicitamos amablemente a la convocante permita: Peso neto: Entre 15 a 17 kg	07-10-2021	14:45:57
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital	08-10-2021	13:05:33
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 14 Ítem N° 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA Donde dice: Peso neto: 4.8 Con conectividad a red WiFi para envío de resultados a central de base de datos del hospital.	07-10-2021	14:46:11
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La consulta no es clara. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital	08-10-2021	13:05:58
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 14 Ítem N° 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA Donde dice: Peso neto: 4.9 Con conectividad a red RJ45 para envío de resultados a una PC. Solicitamos amablemente a la convocante permita: 4.9 Con conectividad a red u otro sistema para envío de resultados a una PC	07-10-2021	14:46:34
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Los envíos de datos de pacientes clínicos son de carácter crítico, por lo que debe disminuir la posibilidad de pérdida de resultados, por lo que ésta convocante solicita que los resultados sean enviados por red (RJ45). El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	08-10-2021	13:06:16
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 14 Ítem N° 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA Donde dice: Peso neto: 8.1.2.6 Deberá tener la capacidad de incluir parámetros vitales Solicitamos amablemente a la convocante permita: 8.1.2.6 Deberá tener la capacidad de incluir parámetros vitales (OPCIONAL)	07-10-2021	14:46:52
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La medición de signos vitales del estado de nuestros pacientes es vital para nuestro hospital, por lo que es imposible quitar la medición de esos parámetros. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	08-10-2021	13:06:37
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 14 Ítem N° 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA Donde dice: Peso neto: 4.8 Con conectividad a red WiFi para envío de resultados a central de base de datos del hospital. Solicitamos amablemente a la convocante permita: 4.8 Con conectividad a red WiFi para envío de resultados a central de base de datos del hospital (OPCIONAL)	07-10-2021	14:47:24
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Los envíos de datos de pacientes clínicos son de carácter crítico, por lo que debe disminuir la posibilidad de pérdida de resultados, por lo que ésta convocante solicita que los resultados sean enviados de la manera descrita. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	08-10-2021	13:06:57
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 14 Ítem N° 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA Donde dice: Peso neto: 8.1.2.7 Funciones específicas: Estaciones de trabajo o Centrales en las Salas Solicitamos a la convocante aclarar a que se refiere en este punto.	07-10-2021	14:47:38
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se refiere a la posibilidad de visualización remota de las mediciones a los pacientes, ya sea desde la jefatura u algún otro lugar del servicio del hospital.	08-10-2021	13:07:15
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 14 Ítem N° 1 ANALIZADOR CORPORAL CON BASCULA INCLUIDA Donde dice: Peso neto: 9.6 Datos de Peso y Altura: el equipo tendrá la posibilidad de adquirirlos en forma inalámbrica Solicitamos amablemente a la convocante permita: 9.6 Datos de Peso y Altura: el equipo tendrá la posibilidad de adquirirlos en forma inalámbrica O MANUAL	07-10-2021	14:47:51
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La carga manual de resultados médicos es lo que se está queriendo evitar para que justamente haya mayor rapidez en la carga de resultados de pacientes, por lo que solicitamos que se Ajusten al PBC.	08-10-2021	13:07:30
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Lote N° 15 Ítem N° 1 CAMILLA FIJA Donde dice: Otros requerimientos El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto teniendo en cuenta que los este tipo de mobiliario no está regulado por la DINAVISA. Sugerimos a la convocante solicitar como sigue: Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).	07-10-2021	14:48:07
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos	08-10-2021	13:07:44
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 15 Ítem N° 2 CAMILLA GINECOLOGICA Donde dice: Otros requerimientos El bien ofertado deberá contar con el Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por DINAVISA dependiente del MSPyBS." Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este punto teniendo en cuenta que los este tipo de mobiliario no está regulado por la DINAVISA. Sugerimos a la convocante solicitar como sigue: Registro de Marca emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).	07-10-2021	14:48:21
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Este requisito es una exigencia del MSPyBS para los que comercializan Dispositivos Médicos	08-10-2021	13:08:01
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialtífica Peso individual (cúpula + pedestal): no mayor a 20kilos. Esta lámpara cuenta con 4 ruedas que permiten su desplazamiento – sin inconvenientes – dentro de los recintos hospitalarios, por lo que el peso no es un problema. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Peso individual (cúpula + pedestal): 20 kilos o mayor.	07-10-2021	14:50:31
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	08-10-2021	13:08:14
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialtíficas de pie En una parte de las especificaciones técnicas dice: Iluminancia Nominal: 150.000 Lux o mayor, a una distancia de 1 metro Respetuosamente solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Iluminancia Nominal: 100.000 Lux o mayor, a una distancia de 1 metro	07-10-2021	14:52:29
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	08-10-2021	13:08:30
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 6 Ítem 3 - Lámpara scialtífica Peso individual (cúpula + pedestal): no mayor a 20kilos. Esta lámpara cuenta con 4 ruedas que permiten su desplazamiento – sin inconvenientes – dentro de los recintos hospitalarios, por lo que el peso no es un problema. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la Convocante permitir la cotización de lámpara con: Peso individual (cúpula + pedestal): 20 kilos o mayor.	07-10-2021	14:53:15
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital	08-10-2021	13:08:43
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lote N° 19 Ítem N° CAJA DE PROCEDIMIENTO GINECO-OBSTETRICO Donde dice: (1) Caja Acero inoxidable 25 x 10 x 4 cm con rango de diferencia de +/-1cm con rango de diferencia de +/-1cm (con tapa) Solicitamos amablemente a la convocante permita: (1) Caja Acero inoxidable 25 x 10 x 4 cm con rango de diferencia de +/-1cm con rango de DIFERENCIA de +/-5cm (con tapa)	07-10-2021	14:59:26
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado son requerimientos mínimos necesarios para atender las necesidades del hospital.	08-10-2021	13:08:55

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: CODEX S.R.L. - RUC: 80000173-7</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1508001563	Póliza	Cenit S.A. de Seguros	08-10-2021	13-10-2021	25-01-2022
<b>Oferente: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - RUC: 80038118-1</b>					
<b>Oferente: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - RUC: 80038118-1</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 10</b>
1508052156-END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	12-10-2021	14-10-2021	22-01-2022
<b>Oferente: SIEGEN S.A. - RUC: 80037885-7</b>					
<b>Oferente: SIEGEN S.A. - RUC: 80037885-7</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 11</b>
1508011791	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS	13-10-2021	13-10-2021	10-02-2022
<b>Oferente: BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - RUC: 80008449-7</b>					
<b>Oferente: BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - RUC: 80008449-7</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>
1508052153-000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	12-10-2021	13-10-2021	20-02-2022
<b>Oferente: GAESA SA - RUC: 80026596-3</b>					
<b>Oferente: GAESA SA - RUC: 80026596-3</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 3</b>
1508002542	Póliza	Alianza Garantía Seguros y Reaseguros S.a	11-10-2021	14-10-2021	22-01-2022
<b>Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1</b>					
<b>Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 4</b>
PÓLIZA N°: 1508052063 - END.: 000	Póliza	LACONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	13-10-2021	13-10-2021	10-02-2022
<b>Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3</b>					
<b>Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 5</b>
1508007171	Póliza	Patria S.A de Seguros y Reaseguros	13-10-2021	14-10-2021	11-02-2022
<b>Oferente: SYNERGY S.R.L. - RUC: 80057142-8</b>					
<b>Oferente: SYNERGY S.R.L. - RUC: 80057142-8</b>			<b>Categoría: Pequeña</b>		<b>Nro. Oferente: 6</b>
1508001157	Póliza	ASEGURADORA TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA S.A. DE SEGUROS	11-10-2021	12-10-2021	30-01-2022



### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 7</b>
1508018456	Póliza	ASEPASA	13-10-2021	13-10-2021	13-03-2022
<b>Oferente: SURVYCON S.A. SURVEY &amp; CONTROL - RUC: 80063377-6</b>					
<b>Oferente: SURVYCON S.A. SURVEY &amp; CONTROL - RUC: 80063377-6</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 8</b>
1508004761	Póliza	Royal Seguros S.A.	12-10-2021	14-10-2021	11-02-2022
<b>Oferente: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - RUC: 80024252-1</b>					
<b>Oferente: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - RUC: 80024252-1</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 9</b>
1508005887	Póliza	Aseguradora Yacyreta S.A.	13-10-2021	14-10-2021	21-01-2022

### Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - LOTE N° 1							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42271907-001	Aspirador de secreciones				5	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	Hersill	Hersill	Eurovac H -50	España	Aspirador de secreciones	15.266.019	76.330.095
GAESA SA - 80026596-3	SILFAB	SILVESTRIN FABRIS SRL- SILFAB	N/A	ARGENTINA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	15.000.000	75.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE N° 2							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42192207-9999	Camilla hidraulica neumatica de paciente				2	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	COMBED	TAICANG KANGHUI TECHNOLOGY DEVELOPMEN CO., Ltd.,	DH-S106	CHINA	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas. -	40.000.000	80.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 3 - LOTE N° 3							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42181716-001	Electrocardiografo				1	
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GAESA SA - 80026596-3	BIOLIGHT	GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO, LT	N/A	CHINA	ELECTROCARDIOGRAFO	23.000.000	23.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	EDAN INSTRUMENTS INC.	SE-1201	CHINA	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas. -	30.000.000	30.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	Advanced	Advanced Instrumentations Inc.	ECG-12C	USA	Electrocardiógrafo	40.000.000	40.000.000

**INFORMACION DEL LOTE:** 4 - LOTE N° 4

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42291613-003	Electrobisturi					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Covidien	Medtronic/ Covidien	Valleylab FX8	Estados Unidos (USA)	Electrobisturí	94.000.000	94.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	SURTRON	LED SpA	SURTRON 300 HP	Italia	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas. -	120.000.000	120.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	Barrfab	Barrfab Industria Comercio Importación Exportación de Equipos Hospitalares Ltda.	LC4	Brasil	Electrobisturí	110.000.000	110.000.000
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	BOWA	BOWA Medical / BOWA-electronic GmbH & Co KG	BOWA ARC 303	Alemania	Electrobisturí	94.200.000	94.200.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	CEC	CEC ELECTRONIC/ SRL.	URO 400	Argentina	Electrobisturi	90.000.000	90.000.000

**INFORMACION DEL LOTE:** 5 - LOTE N° 5

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	41112501-001	Flujometro de Oxigeno					200
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	Hersill	Hersill	OXYLL	España	Flujometro de Oxigeno	697.823	139.564.600
ARGON S.R.L. - 80004373-1	AMCAREMED	AMCAREMED TECHNOLOGY CO., LIMITED	FH-B-O-15	China	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas. -	700.000	140.000.000
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	Protec	Protec Ltda.	004042	Brasil	Flujómetro de oxigeno con humidificador	650.000	130.000.000

**INFORMACION DEL LOTE:** 6 - LOTE N° 6

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	39101602-008	Lampara de Exploracion					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	LE-01	PARAGUAY	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas. -	1.000.000	3.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	MEDPEJ	MEDPEJ	FL4000LR	BRASIL		545.000	1.635.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	INPROMED	INPROMED DO BRASIL INDUSTRIA Y COMERCIO DE PRODUCTOS MEDICOS	AUXILIAR INP 3 F-MASTER	BRASIL	Lampara para exploración	700.000	2.100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	39101602-002	Lámpara cialitica con satellite sin monitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	KLS MARTIN	GEBRÜDER MARTIN GmbH & Co. KG,	MARLED E9 + E9	Alemania	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas. -	250.000.000	250.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	MEDPEJ	MEDPEJ	FL2000TLD 24x24	BRASIL		144.666.667	144.666.667
SIEGEN S.A. - 80037885-7	INPROMED	INPROMED DO BRASIL INDUSTRIA Y COMERCIO DE PRODUCTOS MEDICOS	INP 4x4 F-MASTER	BRASIL	LAMPARA CON 2 CUPULAS	144.000.000	144.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	39101602-003	Lámpara scialiticas de pie	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	KLS MARTIN	GEBRÜDER MARTIN GmbH & Co. KG,	MARLED E9i	Alemania	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas. -	150.000.000	150.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	MEDPEJ	MEDPEJ	FL2000 ALD 24	BRASIL		89.150.000	89.150.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	INPROMED	INPROMED DO BRASIL INDUSTRIA Y COMERCIO DE PRODUCTOS MEDICOS	AUXILIAR INP 5 F-MASTER	BRASIL	LAMPARA DE PIE	89.000.000	89.000.000

<b>INFORMACION DEL LOTE:</b>	7 - LOTE N° 7
------------------------------	---------------

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	42191703-997	Conexion para mangueras medicinales	15

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	Protec	Protec Ltda.	003995	Brasil	Manguera para gases medicos	627.000	9.405.000

<b>INFORMACION DEL LOTE:</b>	8 - LOTE N° 8
------------------------------	---------------

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	42295103-001	Mesa quirúrgica para obstetricia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GAESA SA - 80026596-3	SISMATEC	SISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	N/A	BRASIL	MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA	185.000.000	185.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	Barrfab	Barrfab Industria Comercio Importación Exportación de Equipamientos Hospitalares Ltda.	BF 683 TDP	Brasil	Mesa quirúrgica para obstetricia	210.000.000	210.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	FAMED	FAMED Zywiec Sp. z.o.o	SU-03	POLONIA	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas. -	220.000.000	220.000.000

SIEGON S.A. - 80037885-7	INPROMED	Inpromed de Brasil - Industria e Comercio de Productos Médicos Ltda.	INP-ME 500	BRASIL	MESA QUIRURGICA	184.000.000	184.000.000
-----------------------------	----------	---	------------	--------	-----------------	-------------	-------------

**INFORMACION DEL LOTE:** 9 - LOTE N° 9

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42191703-998	Regulador de Presion para Oxigeno				50	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	AMCAREMED	AMCAREMED TECHNOLOGY CO., LIMITED	AM-O-GR-02	CHINA	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas. -	1.000.000	50.000.000
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	Protec	Protec Ltda.	005141	Brasil	Regulador de oxigeno Dial	1.100.000	55.000.000

**INFORMACION DEL LOTE:** 10 - LOTE N° 10

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42191703-998	Regulador de Presion para Oxigeno				50	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	AMCAREMED	AMCAREMED TECHNOLOGY CO., LIMITED	AM-O-GR-14	CHINA	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas. -	1.100.000	55.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	YUYAO JIAHUA	YUYAO JIAHUA	JH905	CHINA		815.000	40.750.000
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	Protec	Protec Ltda.	005073	Brasil	Regulador con fluxometro y humidificador	900.000	45.000.000

**INFORMACION DEL LOTE:** 11 - LOTE N° 11

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	41112301-001	Termohigrometro				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

**INFORMACION DEL LOTE:** 12 - LOTE N° 12

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42295104-002	Cauterio Bipolar				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Covidien	Medtronic/ Covidien	Valleylab FT10	Estados Unidos (USA)	Cauterio Bipolar	380.000.000	380.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	SURTRON	LED SpA	SURTRON 400 HP	Italia	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas. -	350.000.000	350.000.000
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	BOWA	BOWA Medical / BOWA- electronic GmbH & Co KG	BOWA ARC 400	Alemania	Cauterio Bipolar	393.000.000	393.000.000

**INFORMACION DEL LOTE: 13 - LOTE N° 13**

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	4111508-9999	Balanza Portatil del peso corporal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	OMRON	OMRON HEALTHCARE INC.	289	JAPON	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas. -	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	4111508-9998	Balanza de peso corporal con alimetro e indice de masa corporal	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	GIMA	GIMA S.p.A.	27310	ITALIA	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas. -	3.500.000	7.000.000

**INFORMACION DEL LOTE: 14 - LOTE N° 14**

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	42182705-001	Analizador de composicion del cuerpo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SYNERGY S.R.L. - 80057142-8	SECA	Seca gmbh & co. kg	Seca 514	Alemania	Analizador de composición del cuerpo	1.262.000.000	1.262.000.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	INBODY	INBODY CO, LTDA.	INBODY 770	KOREA	ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL	1.100.000.000	1.100.000.000

**INFORMACION DEL LOTE: 15 - LOTE N° 15**

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	42192207-005	Camilla fija	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GAESA SA - 80026596-3	GAESA	GAESA S.A	N/A	PARAGUAY	CAMILLA FIJA	2.200.000	8.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	42182901-001	Camilla Ginecologica	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GAESA SA - 80026596-3	GAESA	GAESA S.A	N/A	PARAGUAY	CAMILLA GINECOLOGICA	4.300.000	8.600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	42251703-002	Escalera de metal para paciente	20

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GAESA SA - 80026596-3	GAESA	GAESA S.A	N/A	PARAGUAY	ESCALERA DE METAL PARA PACIENTE	350.000	7.000.000

**INFORMACION DEL LOTE: 16 - LOTE N° 16**

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	56122001-9999	Mesada para Laboratorio	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	M&F	MYF IND. COM. REP. S.A	Mesada para Laboratorio	Paraguay	Mesada para Laboratorio	4.600.000	4.600.000

INFORMACION DEL LOTE: 17 - LOTE N° 17							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	41111501-002	Balanza dosificadora industrial					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

INFORMACION DEL LOTE: 18 - LOTE N° 18							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42192001-001	Mesa para procedimiento					8
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GAESA SA - 80026596-3	GAESA	GAESA S.A	N/A	PARAGUAY	MESA PARA PROCEDIMIENTO	2.300.000	18.400.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Estrella	ARGON S.R.L.	CC-01	PARAGUAY	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas. -	3.500.000	28.000.000
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	M&F	MYF IND. COM. REP. S.A.	Mesa para procedimientos	Paraguay	Mesa para procedimientos	1.900.000	15.200.000

INFORMACION DEL LOTE: 19 - LOTE N° 19							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42171910-9999	Caja de Cirugía menor (con instrumentales basico)					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Bob	Bob Instruments GmbH	No Aplica	Alemania	Caja de cirugía menor	1.040.000	6.240.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	BSZ	SHINBRO INTERNACION - COMÉRCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPPSZ (BSZ Cirurgica)	NO APLICA	PAKISTAN	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas. -	4.000.000	24.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	ASP	ASP	Caja de Cirugía Menor (Con Instrumentales)	Pakistan		1.040.000	6.240.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42171910-004	Caja de procedimiento gineco-obstetrico ( con instrumentales )					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Bob	Bob Instruments GmbH	No Aplica	Alemania	Caja de procedimiento gineco-obstétrico	5.500.000	5.500.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	BSZ	SHINBRO INTERNACION - COMÉRCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPPSZ (BSZ Cirurgica)	NO APLICA	PAKISTAN	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas. -	1.100.000	1.100.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	ASP	ASP	Caja de Procedimiento gineco-obstetrico	Pakistan		1.096.233	1.096.233

INFORMACION DEL LOTE: 20 - LOTE N° 20							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	42191901-001	Mesita de apoyo de cabecera / alimentacion del paciente					15
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	MC-01	PARAGUAY	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas. -	1.000.000	15.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Jiangsu Saikang	Jiangsu Saikang	SKH042	China		819.136	12.287.040
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	M&F	MYF IND. COM. REP. S.A.	Mesita de apoyo de cabecera / alimentacion del paciente	Paraguay	Mesita de apoyo de cabecera / alimentacion del paciente	900.000	13.500.000

**INFORMACION DEL LOTE:** 21 - LOTE N° 21

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	41123403-003	Porta Suero					30
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GAESA SA - 80026596-3	GAESA	GAESA S.A	N/A	PARAGUAY	PORTA SUERO	560.000	16.800.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	PS-01	PARAGUAY	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas. -	700.000	21.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	JIANGSU SAIKANG	JIANGSU SAIKANG	SKH041-5	CHINA		465.000	13.950.000
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	M&F	MYF IND. COM. REP. S.A	Porta Suero	Paraguay	Porta Suero	460.000	13.800.000

**INFORMACION DEL LOTE:** 22 - LOTE N° 22

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	42295112-002	Mesa de instrumental					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	M&F	MYF IND. COM. REP. S.A.	Mesa de instrumental	Paraguay	Mesa de instrumental	2.500.000	7.500.000

**INFORMACION DEL LOTE:** 23 - LOTE N° 23

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	42172101-004	Carro de paro					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GAESA SA - 80026596-3	GAESA	GAESA S.A	N/A	PARAGUAY	CARRO DE PARO	13.250.000	53.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	Cardinal	Cardinal Industria y Comercio Ltda.	CE	Brasil	Carro de paro	14.500.000	58.000.000

**INFORMACION DEL LOTE:** 24 - LOTE N° 24

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	42192102-001	Sillon para extraccion de sangre					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	SE-01	PARAGUAY	Se adjunta planilla de Especificaciones técnicas. -	3.500.000	3.500.000

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	M&F	MYF IND. COM. REP. S.A.	Sillon para extraccion de sangre	Paraguay	Sillon para extraccion de sangre	1.900.000	1.900.000
---	-----	-------------------------	----------------------------------	----------	----------------------------------	-----------	-----------

**INFORMACION DEL LOTE: 25 - LOTE N° 25**

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42201702-001	Detector fetal					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GAESA SA - 80026596-3	BIOLIGHT	GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO, LT	N/A	CHINA	DETECTOR FETAL	2.800.000	5.600.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	EDAN INSTRUMENT INC.	SD3	China	Se adjunta planilla de Especificaciones técnicas. -	3.000.000	6.000.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

**1 - LOTE N° 1**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GAESA SA - 80026596-3	66.000.000	14-10-2021	08:28:13.654	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65e97f23fef5bbc202c00ebabd48de28	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	66.497.000	14-10-2021	08:31:10.187	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a2fde604ff69ccc888d4124ec399a4	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	66.900.000	14-10-2021	08:27:53.663	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc1817b56b4c620301bff48a4785c603	
GAESA SA - 80026596-3	67.000.000	14-10-2021	08:27:30.341	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67e75948eba3a14aeac1684cb47fcd7e	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	67.800.000	14-10-2021	08:27:10.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c29ee27ab97db19e48e537cdbde53e05	
GAESA SA - 80026596-3	68.000.000	14-10-2021	08:26:53.092	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22faaec1285044badc0e8e35cdbe2ea	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	69.750.000	14-10-2021	08:26:32.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fbdecaf7a4f862dc0f3da4c65c45660	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	69.900.000	14-10-2021	08:25:24.969	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37ae1181afbe2d296afde56f4cbda9b8	
GAESA SA - 80026596-3	70.000.000	14-10-2021	08:25:02.457	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65129009410a4e4af425f81f61da1dc1	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	71.250.000	14-10-2021	08:24:25.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	207a6a47cdf6d25a279c6634f30d3c8d	
GAESA SA - 80026596-3	72.000.000	14-10-2021	08:24:06.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7197a3366abb8889612f3938e15b7af1	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	73.950.000	14-10-2021	08:23:10.246	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50eea5c1ac6608ff3f105ad293d1081a	
GAESA SA - 80026596-3	75.000.000	14-10-2021	08:00:42.002	Propuesta
		Código Verificador:	e670bb3715b11d8dec03f3e4d79ba698	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	76.330.095	14-10-2021	08:00:42.000	Propuesta
		Código Verificador:	c9c0553e4ac3ed707fbb38035e71f2d	



### Listado General de todas las Ofertas

#### 2 - LOTE N° 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	80.000.000	14-10-2021	08:00:42.038	Propuesta
		Código Verificador:	742bc880486bf90cedf1a42d75fba91c	

#### 3 - LOTE N° 3

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GAESA SA - 80026596-3	23.000.000	14-10-2021	08:00:42.143	Propuesta
		Código Verificador:	a629bfcdaadeaf3cc949ce3f1c85b4dd	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	25.000.000	14-10-2021	09:04:40.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	727d6540054d629c781fefaa0df49fed	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	30.000.000	14-10-2021	08:00:42.145	Propuesta
		Código Verificador:	bf222fe89bc78cb23a9d25718575ce93	
ALBATROS SACI - 80002766-3	35.000.000	14-10-2021	09:02:15.457	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dafd21d91fb2a15bf37ebdd258e65ce4	
ALBATROS SACI - 80002766-3	40.000.000	14-10-2021	08:00:42.141	Propuesta
		Código Verificador:	ffc826744a55549d5062adb9884b66ae	

#### 4 - LOTE N° 4

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	86.500.000	14-10-2021	09:23:18.797	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9737d0db90d33b4cda6cfa405b522671	
ALBATROS SACI - 80002766-3	86.800.000	14-10-2021	09:23:03.948	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5001418ad76cb5be9be727a735ccff8	
ALBATROS SACI - 80002766-3	87.000.000	14-10-2021	09:22:55.423	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7bfdffce8af85284b668686103cf17e5	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	87.200.000	14-10-2021	09:22:51.405	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be0085b6a0ca2e947c7e0428b11ba85d	
ALBATROS SACI - 80002766-3	87.300.000	14-10-2021	09:22:42.499	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	521abaa0036d6b53b3be8d67ab75bab0	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	87.500.000	14-10-2021	09:22:33.651	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2327e5d296d85694bbd6296a8e50aa3c	
ALBATROS SACI - 80002766-3	87.500.000	14-10-2021	09:22:35.451	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc48ca15d259a5768cd0d224bc513ce7	
ALBATROS SACI - 80002766-3	87.800.000	14-10-2021	09:22:12.579	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb630d3a68bb42c619b0f333dc3a62a3	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	88.000.000	14-10-2021	09:22:07.648	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37fb6b256576f65ac6c96cde9756ba69	
ALBATROS SACI - 80002766-3	88.100.000	14-10-2021	09:22:01.226	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2dccf5878b1beae6e6bbe0c16f9489	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	88.200.000	14-10-2021	09:21:56.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f92494559eed1027beb869a2d5a8175	
ALBATROS SACI - 80002766-3	88.300.000	14-10-2021	09:21:50.620	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7fa0a157b899a90375746495ee2e0f5e	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	88.400.000	14-10-2021	09:21:39.242	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c968f1e92937065a3fadadc111a5bdf	
ALBATROS SACI - 80002766-3	88.500.000	14-10-2021	09:21:30.042	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9509a77af8cbf50f3ea6a3edbe93d28d	
ALBATROS SACI - 80002766-3	88.800.000	14-10-2021	09:21:22.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	675979dae070e5df2eae628d5ca64bc0	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	88.900.000	14-10-2021	09:21:18.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff5b965bce2467b5312818c779ead689	
ALBATROS SACI - 80002766-3	89.000.000	14-10-2021	09:21:04.112	Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	fa528bc97c451bf0886165368b4bbfa9
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	89.150.000	14-10-2021	09:21:05.510 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f7f3de485a54136692e51b68dc35a7a
ALBATROS SACI - 80002766-3	89.200.000	14-10-2021	09:20:51.413 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad4c6c67abb0068a07663791f4e1aba1
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	89.300.000	14-10-2021	09:20:29.371 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff8dadae9264795f1ae6b3daca4c20d7
ALBATROS SACI - 80002766-3	89.400.000	14-10-2021	09:20:18.480 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	855ca17895991cd891c62ae46dfc87d
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	89.500.000	14-10-2021	09:20:10.264 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e38ea4e32fd937864a7f0e8b9b5b4fa7
ALBATROS SACI - 80002766-3	89.600.000	14-10-2021	09:19:55.391 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03e12447d44005068b94a9f22202da99
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	89.700.000	14-10-2021	09:19:33.619 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52a6f15a95ceaefb4660c11ce10890e4
ALBATROS SACI - 80002766-3	89.800.000	14-10-2021	09:19:16.699 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aaf9dcf8931848945dfa1454f0c1f24f
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	89.900.000	14-10-2021	09:18:16.444 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6f2b126bcaa1ece7dcf8b7f3930ac0a
ARGON S.R.L. - 80004373-1	89.900.000	14-10-2021	09:24:36.623 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be1312386e764570860207d40aa5ceea
SIEGEN S.A. - 80037885-7	90.000.000	14-10-2021	08:00:42.392 Propuesta
		Código Verificador:	c838af13c285f104964bbc07db507f9b
ARGON S.R.L. - 80004373-1	93.800.000	14-10-2021	09:23:00.776 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0b8591c8af5b55e54f23046915f33af
CODEX S.R.L. - 80000173-7	93.900.000	14-10-2021	09:18:36.560 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d98c4c4677e965f0d1dea676362eb9a3
CODEX S.R.L. - 80000173-7	94.000.000	14-10-2021	08:00:42.389 Propuesta
		Código Verificador:	a775b0f9c30dc165d11bde10183a2c32
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	94.200.000	14-10-2021	08:00:42.390 Propuesta
		Código Verificador:	d98bd37e1827b184c9ce37dc8ae0dade
ARGON S.R.L. - 80004373-1	105.000.000	14-10-2021	09:20:49.814 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a69feef581540587a237b7b87387209
ALBATROS SACI - 80002766-3	110.000.000	14-10-2021	08:00:42.388 Propuesta
		Código Verificador:	7f1e2ce5fddce1e84ab81b0c349232e2
ARGON S.R.L. - 80004373-1	120.000.000	14-10-2021	08:00:42.393 Propuesta
		Código Verificador:	a25b883d88703a33d55127a2036d68fc

**5 - LOTE N° 5**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	121.000.000	14-10-2021	09:40:02.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5bd97f50444ab4a62e5e28743a05a4ac	
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	124.300.000	14-10-2021	09:39:16.560	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c71993f31f05fe5e0dba639a93891dac	
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	130.000.000	14-10-2021	08:00:42.583	Propuesta
		Código Verificador:	096f351c88e680337308b067730c6b32	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	139.500.000	14-10-2021	09:39:14.676	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5f5c8e9d0b17d0ddea15e1ccc4d6b9e	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	139.564.600	14-10-2021	08:00:42.580	Propuesta
		Código Verificador:	8e2efd889166d4d771b981a500010b5d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	140.000.000	14-10-2021	08:00:42.584	Propuesta
		Código Verificador:	bab820e26fcb83132854afc7eafcad26	

### Listado General de todas las Ofertas

#### 6 - LOTE N° 6

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	220.000.000	14-10-2021	10:04:45.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8768d17ee61dcb52eb09dfee9e8150	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	229.999.999	14-10-2021	10:04:51.285	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd632ba0f3635b1cd266b877cf060c2d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	230.000.000	14-10-2021	10:04:02.137	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a2f8045c011550ad372210c14f111d5	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	231.000.000	14-10-2021	10:03:38.540	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c79efc1ebe9640c1bebc1e273843d29	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	232.000.000	14-10-2021	10:03:06.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03cba2f1d930349a58751baea9c0ca3b	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	232.500.000	14-10-2021	10:02:49.293	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b432a511c99579a08cb7b1b673f3827a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	235.000.000	14-10-2021	10:00:26.495	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cfae191b0e6a933487feff0bcbbd915	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	235.100.000	14-10-2021	08:00:42.984	Propuesta
		Código Verificador:	8f03f132a48799ff316bd66a294d6a92	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	235.451.667	14-10-2021	08:00:42.982	Propuesta
		Código Verificador:	dfa1073dc54a1f5ca503eea57842bf4e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	362.700.000	14-10-2021	10:03:25.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	216c7ed3714be705d2a46174ac20c5c7	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	403.000.000	14-10-2021	08:00:42.985	Propuesta
		Código Verificador:	d752f78c55a5c501aa96e11279994b26	

#### 7 - LOTE N° 7

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	8.250.000	14-10-2021	10:10:10.624	Etapa de Puja
		Código Verificador:	cbcdf98f0912b5769e1075abccddd31e	
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	9.405.000	14-10-2021	08:00:43.022	Propuesta
		Código Verificador:	791bc20c3c9f505716cb66c8b929e0d5	

#### 8 - LOTE N° 8

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	148.000.000	14-10-2021	10:58:36.298	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df33d596084c649a488bba31a73d9e12	
ALBATROS SACI - 80002766-3	149.000.000	14-10-2021	10:58:25.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ff6cff736b511232388f2189b336f4c	
GAESA SA - 80026596-3	150.000.000	14-10-2021	10:58:19.576	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	050e4312930d7670b565a996a1cf6ee1	
ALBATROS SACI - 80002766-3	150.900.000	14-10-2021	10:57:51.578	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cc9986d43ed1b1f5d51b398c77fefdb	
GAESA SA - 80026596-3	151.000.000	14-10-2021	10:57:41.847	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72532aa6db9726a77404c2cafb7d9602	
ALBATROS SACI - 80002766-3	152.500.000	14-10-2021	10:57:22.509	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8dc4006c652b6a3df1234d437eb7de47	
GAESA SA - 80026596-3	153.000.000	14-10-2021	10:57:10.688	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2dd6b906d4185cdd36ca8bc7738c7fdb	
ALBATROS SACI - 80002766-3	154.500.000	14-10-2021	10:56:40.831	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bff7e5bdda7641ccf1d9d159cfe9f7d2	
GAESA SA - 80026596-3	155.000.000	14-10-2021	10:56:27.017	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84ddec74157e23b41a746e9ec32d259c	
ALBATROS SACI - 80002766-3	156.500.000	14-10-2021	10:56:23.655	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ece73ccbd429f31b3edde6d2cf64caac	
ALBATROS SACI - 80002766-3	157.500.000	14-10-2021	10:55:58.101	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e56e85dfa02a792df45ebf517944b0b	

**Listado General de todas las Ofertas**

GAESA SA - 80026596-3	158.000.000	14-10-2021	10:56:14.363	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78255945a4db2d863cc8a812085d2fdb	
ALBATROS SACI - 80002766-3	159.500.000	14-10-2021	10:55:38.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11f76d7d5878dda98c79584bfd05408	
GAESA SA - 80026596-3	160.000.000	14-10-2021	10:55:23.798	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cc457ab8017ffb527c74592431b4b64	
ALBATROS SACI - 80002766-3	162.500.000	14-10-2021	10:55:16.263	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef08c910a1f5890fbffe24aed49c7334	
GAESA SA - 80026596-3	163.000.000	14-10-2021	10:55:05.395	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd0be87d6b8b39c815c7eaa4baea8ff9	
ALBATROS SACI - 80002766-3	164.500.000	14-10-2021	10:54:54.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbb83fb488eef7258805670d37045823	
GAESA SA - 80026596-3	165.000.000	14-10-2021	10:54:48.420	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2c5f4baff7285243c2eb390a62408eb	
ALBATROS SACI - 80002766-3	165.500.000	14-10-2021	10:54:45.426	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2bfb4af84c195ee8fe662bbc9eb9c642	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	166.000.000	14-10-2021	10:54:39.021	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df54748ea2885d0bfbea05f8507f8a5c	
ALBATROS SACI - 80002766-3	166.500.000	14-10-2021	10:54:34.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5391b0d638f0a5c4ae5dd8b0bf526aaa	
GAESA SA - 80026596-3	167.000.000	14-10-2021	10:54:21.484	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bece4da22b06f11619e17787d5c16799	
ALBATROS SACI - 80002766-3	168.500.000	14-10-2021	10:54:04.000	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b197d55408885d96b946e177047ce753	
GAESA SA - 80026596-3	169.000.000	14-10-2021	10:53:48.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1577621f4fba31818b50e1e7dc790530	
ALBATROS SACI - 80002766-3	170.500.000	14-10-2021	10:53:54.464	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff8fca0ebaec331789e65981cd8b88b4	
ALBATROS SACI - 80002766-3	171.500.000	14-10-2021	10:53:42.132	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc53b20206c6c49420b4d62cb7e294da	
GAESA SA - 80026596-3	172.000.000	14-10-2021	10:53:31.651	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f79f1fc0bdc3fd9c7f80b21565980ad	
ALBATROS SACI - 80002766-3	172.500.000	14-10-2021	10:53:22.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4b888ec15a27f6992e5aef08bbe2fab	
ALBATROS SACI - 80002766-3	173.500.000	14-10-2021	10:53:10.768	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc8a8abfe99014f7d6d3deb07fed1dcb	
GAESA SA - 80026596-3	174.000.000	14-10-2021	10:52:55.653	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f23114baa46577ba70530bf1e9d4515d	
ALBATROS SACI - 80002766-3	175.500.000	14-10-2021	10:52:50.221	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d03ce39566f2cd6c5d9ec76a7b8f5a3f	
GAESA SA - 80026596-3	176.000.000	14-10-2021	10:52:34.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e02d1a101381884c2f44af5adaa7fff5	
ALBATROS SACI - 80002766-3	177.500.000	14-10-2021	10:52:33.453	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	555be3331077af00bdf9a2a34c0ef338	
ALBATROS SACI - 80002766-3	178.000.000	14-10-2021	10:52:22.449	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3d7b07818375725ac85586b980c2fe4	
GAESA SA - 80026596-3	178.000.000	14-10-2021	10:52:22.722	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdbe56aa96bc534397617d733435a043	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	178.000.000	14-10-2021	10:53:16.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	926a5da3fa649c7e486f63f92aea3c74	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	178.900.000	14-10-2021	10:52:25.188	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c53a9b94b719ed1e6035a85ed1a22c4e	
ALBATROS SACI - 80002766-3	179.000.000	14-10-2021	10:51:54.208	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43d204f0f363fdd0b31ce9411f6b1659	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	179.520.000	14-10-2021	10:51:34.411	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7e8909e8b146a6591adfe9f7835f9e6	
GAESA SA - 80026596-3	180.000.000	14-10-2021	10:51:24.778	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74385810b77e56677b627ee796aaae3b	

**Listado General de todas las Ofertas**

SIEGEN S.A. - 80037885-7	181.000.000	14-10-2021	10:51:06.478	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37ba574743d4082083a54fa482657e6a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	181.800.000	14-10-2021	10:51:44.251	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1046472587d9f7a052f57b7595b36a18	
ALBATROS SACI - 80002766-3	181.900.000	14-10-2021	10:50:54.092	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	483f29747c34fbd1b29a040fec2ef22b	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	182.000.000	14-10-2021	10:50:19.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	856e193ba123f32dc7cb1b2a6a5ccce6	
GAESA SA - 80026596-3	182.000.000	14-10-2021	10:51:12.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91c36090272e0296b2d71dfa3561802b	
ALBATROS SACI - 80002766-3	183.900.000	14-10-2021	10:50:31.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb1af2132a1939d4194ec200b4381e06	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	184.000.000	14-10-2021	08:00:43.217	Propuesta
		Código Verificador:	e252c8f03eafcd7d1118dbec018af983	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	184.900.000	14-10-2021	10:51:03.547	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8947802e9bf2039a2e665191e2b9d43	
GAESA SA - 80026596-3	185.000.000	14-10-2021	08:00:43.217	Propuesta
		Código Verificador:	893a36484d9bae091cecaa90ec29d277	
ALBATROS SACI - 80002766-3	210.000.000	14-10-2021	08:00:43.216	Propuesta
		Código Verificador:	d5ad68a925b19993794db1bb0a6c2a06	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	210.500.000	14-10-2021	10:43:36.697	Etapas de Puja
		Código Verificador:	123c41cf050ed871edd68f0f1dfc8dc	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	211.000.000	14-10-2021	10:38:15.305	Etapas de Puja
		Código Verificador:	99fae45aa124c56b8b18aac0a64c436a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	215.000.000	14-10-2021	10:34:07.401	Etapas de Puja
		Código Verificador:	4e79a5acd891179b642c457eb3c2604b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	220.000.000	14-10-2021	08:00:43.218	Propuesta
		Código Verificador:	b0ef3ea29a347420bc51342956960063	

**9 - LOTE N° 9**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	43.800.000	14-10-2021	11:15:20.850	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e6bd624a6bd92c544f6a0ba222fa533	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	43.900.000	14-10-2021	11:14:42.980	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b335913c8e4e22607b3eeac1812d0012	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	43.990.000	14-10-2021	11:14:18.291	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ffe4b52b91f6f9029e0ef093435bfab	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	44.000.000	14-10-2021	11:13:37.336	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	599277d8f262dd349ffca72f77fad101	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	44.400.000	14-10-2021	11:12:57.130	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d4b819e86362fde8275bb446e9336ab	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	44.500.000	14-10-2021	11:12:18.791	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	448f042e7b8d696644be6c8bb3a494fb	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	44.600.000	14-10-2021	11:12:10.688	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6781468747ee70100a37377c0367ba3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	44.800.000	14-10-2021	11:12:02.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a91b13db9aa974adf90fc870ff384779	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	44.900.000	14-10-2021	11:11:51.802	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83aad64970badf4545896c7c8fe9b0c8	
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	45.000.000	14-10-2021	11:11:33.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06a36faedaf6a5b7a2231a665801ea3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	47.500.000	14-10-2021	11:10:34.668	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f50b462b130aad4b9769ab0b1ed5ae7e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	47.800.000	14-10-2021	11:10:25.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b929b5f17ab60f27aa1c85ac24643df6	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	47.900.000	14-10-2021	11:10:19.008	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbf848c48406cec2ffa58af5d5b81349	

**Listado General de todas las Ofertas**

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	48.000.000	14-10-2021	11:09:17.130	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39f38ee137b805b0b050054536873264	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	49.000.000	14-10-2021	11:08:55.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16eac4b65e953e3682e488aba390f26e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	50.000.000	14-10-2021	08:00:43.312	Propuesta
		Código Verificador:	b50e1079436782ecc588799f90b79aa7	
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	55.000.000	14-10-2021	08:00:43.310	Propuesta
		Código Verificador:	c8825646d332dc39785fe6bb0605f828	

**10 - LOTE N° 10**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	36.000.000	14-10-2021	11:30:57.348	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc83d1c95619094b65603effeb51403a	
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	36.850.000	14-10-2021	11:30:42.279	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98dbb601a2700297f7aafba4a5f5a11da	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	37.000.000	14-10-2021	11:29:52.442	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba0195150058ab9dfda5e16ef76ff2a3	
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	37.950.000	14-10-2021	11:29:57.919	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06ec6e101fb8359a17e1eb3e10ad4d9d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	38.000.000	14-10-2021	11:29:20.739	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17e24f9b25604b278aa1d84a1279b9a7	
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	38.500.000	14-10-2021	11:29:04.392	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79515bf0c50803e4ab0c7ee97bad8b7f	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	39.000.000	14-10-2021	11:28:07.956	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6437f0a286fc06a946e96384e70c588	
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	40.425.000	14-10-2021	11:27:54.365	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01c6d3478c3dd2751bcbea0b03b1c7f6	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	40.750.000	14-10-2021	08:00:43.499	Propuesta
		Código Verificador:	f4b0cf8efa08fee418d38b5fdec66ce1	
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	45.000.000	14-10-2021	08:00:43.505	Propuesta
		Código Verificador:	d3bc80861adaf723e39725dd08301aea	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	45.000.000	14-10-2021	11:30:14.044	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	954f77d10c3a2eed63eeafd18fad2bea	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	55.000.000	14-10-2021	08:00:43.506	Propuesta
		Código Verificador:	86926b4f4860eae17f8faed5f6fcb6e	

**12 - LOTE N° 12**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	327.000.000	14-10-2021	11:56:58.936	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	002b7c00057da80b53e6de0760d33ed3	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	328.000.000	14-10-2021	11:57:00.448	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74053e69f5211a92775e3d4b094380df	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	329.000.000	14-10-2021	11:56:51.198	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36c4800e96cabc395e712d99709d89be	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	330.000.000	14-10-2021	11:56:03.616	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc9e4ae2840364d358dacaabc5e95a4e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	333.000.000	14-10-2021	11:56:04.736	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b5bca2af6d2e8e1c7cdfa469977504d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	334.000.000	14-10-2021	11:55:57.735	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9ee12fb833061b6fc26cf265c8bee00	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	335.000.000	14-10-2021	11:55:07.482	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3619bf925b5962e104148c53e18e43fd	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	337.000.000	14-10-2021	11:55:07.225	Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	5ad0ac018cdb64243d4eaa4a17746086
ARGON S.R.L. - 80004373-1	338.000.000	14-10-2021	11:54:58.850
		Código Verificador:	2c16b080ffa06d52abe9dda622edc4a2
ARGON S.R.L. - 80004373-1	339.000.000	14-10-2021	11:54:52.208
		Código Verificador:	126696ede854475c84f6c9df3e2daadd
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	340.000.000	14-10-2021	11:53:47.359
		Código Verificador:	78682e2d1c3f18c72d98bbf1ab506549
ARGON S.R.L. - 80004373-1	344.000.000	14-10-2021	11:53:34.602
		Código Verificador:	7fbc990456b171e70b1cdd2f97c3450a
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	345.000.000	14-10-2021	11:46:25.274
		Código Verificador:	0b289c76cb6827414decd74983f33b2b
ARGON S.R.L. - 80004373-1	348.000.000	14-10-2021	11:44:29.034
		Código Verificador:	f483a1ba93dc0859aa8d998b818128f6
ARGON S.R.L. - 80004373-1	349.000.000	14-10-2021	11:39:51.484
		Código Verificador:	3cde60a690bc84696bbe6d42f9eb7681
ARGON S.R.L. - 80004373-1	350.000.000	14-10-2021	08:00:43.743
		Código Verificador:	be5f8262cb5aac2bde6024f9032e624
CODEX S.R.L. - 80000173-7	380.000.000	14-10-2021	08:00:43.741
		Código Verificador:	f3a525e3a8c8c5d7a7986fc4ce2dd9d1
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	393.000.000	14-10-2021	08:00:43.743
		Código Verificador:	087c2d0bcfaf20179df76777d0dbfd0

**13 - LOTE N° 13**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	6.424.000	14-10-2021	12:00:54.814	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a9f5b51bce73c752ad1e3959c99d9ae6	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	7.300.000	14-10-2021	08:00:43.816	Propuesta
		Código Verificador:	085c64400765b5b6742fb3dcb8267fb0	

**14 - LOTE N° 14**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SIEGEN S.A. - 80037885-7	320.000.000	14-10-2021	12:28:21.217	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea5bf89547318e25ad14fe1435bab975	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	400.000.000	14-10-2021	12:25:52.036	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c70683d31f0859ff58702d98e0c036d	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	900.000.000	14-10-2021	12:23:54.209	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53302f34faaf2a22c3332d342f936731	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	1.100.000.000	14-10-2021	08:00:43.882	Propuesta
		Código Verificador:	e9377dd6e49a16ef9ba0d6d5a45a6793	
SYNERGY S.R.L. - 80057142-8	1.260.000.000	14-10-2021	12:24:39.573	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34433708fa188cd9055231dc7a004f97	
SYNERGY S.R.L. - 80057142-8	1.262.000.000	14-10-2021	08:00:43.885	Propuesta
		Código Verificador:	cea6a5b0c5e7c2b3ea621440d739cf63	

**15 - LOTE N° 15**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GAESA SA - 80026596-3	24.400.000	14-10-2021	08:00:43.979	Propuesta
		Código Verificador:	4b0c2b9df17942aca2092c1275c8a4ce	

**16 - LOTE N° 16**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	4.600.000	14-10-2021	08:00:44.001	Propuesta
		Código Verificador:	19a9dc3182387c16a87f69985f87c15b	

**Listado General de todas las Ofertas**
**18 - LOTE N° 18**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	15.200.000	14-10-2021	08:00:44.141	Propuesta
		Código Verificador:	4cc75558798d81d3b8756f62142e2481	
GAESA SA - 80026596-3	18.400.000	14-10-2021	08:00:44.143	Propuesta
		Código Verificador:	f0c645e59f0224472f5550795735724c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	28.000.000	14-10-2021	08:00:44.143	Propuesta
		Código Verificador:	dcd527d6fbadb19d0513a294c7c1f6bd	

**19 - LOTE N° 19**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.336.233	14-10-2021	08:00:44.410	Propuesta
		Código Verificador:	97eb34fd6a58ce821f3cf22bc8deccca	
ALBATROS SACI - 80002766-3	11.740.000	14-10-2021	08:00:44.409	Propuesta
		Código Verificador:	6bb81d7dc76bca5dd7250f741597c4db	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	24.000.000	14-10-2021	13:22:22.172	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4b90970092f0fb6ed68a69d6cbc15cb2	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	25.100.000	14-10-2021	08:00:44.411	Propuesta
		Código Verificador:	628437a4349c2f62dff6499032125e4b	

**20 - LOTE N° 20**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	9.920.000	14-10-2021	13:50:07.087	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a38fcaecc5793d50d5e54ce5902da376	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.000.000	14-10-2021	13:47:47.551	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50554bbe4f3ff4cd12cc4f1edfc06779	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.150.000	14-10-2021	13:47:36.120	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	680240e8af9cc0496f439f8e6a76798e	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	10.200.000	14-10-2021	13:47:28.071	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c25142a21529887e3a22e466615d2a00	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.850.000	14-10-2021	13:47:29.550	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34b03e5a666f44ffc470b8e844af0f59	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.900.000	14-10-2021	13:47:16.539	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d736e1a8d08e89b45f339cd82c757618	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	11.000.000	14-10-2021	13:46:47.310	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81f5d5dcb3b9d67190dae4471733d4f2	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	11.100.000	14-10-2021	13:46:56.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6eef0225796da4d7425e40099459ae0f	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	11.450.000	14-10-2021	13:46:36.725	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2ddec6acfbdd0005d5c070839fb67c5	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	11.500.000	14-10-2021	13:46:24.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49cd873b09eddbc49c007c0e7cc5c689	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	11.800.000	14-10-2021	13:45:55.992	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdd467b16a5385bedff4a50ca8bedbf4	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	12.000.000	14-10-2021	13:45:49.412	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b72c8aaa91da5ef1ab927ec702dc50a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	12.287.040	14-10-2021	08:00:44.599	Propuesta
		Código Verificador:	1d8ca3c3adbdeccd615404b3072239e0	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	13.500.000	14-10-2021	08:00:44.600	Propuesta
		Código Verificador:	527c368938f3e1045965f9114748a87a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	15.000.000	14-10-2021	08:00:44.601	Propuesta
		Código Verificador:	dc3c00f4043b605883ba17d9b990b873	

**21 - LOTE N° 21**



**Listado General de todas las Ofertas**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	10.500.000	14-10-2021	14:05:00.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f16aac3fb8d9f13b224c800970bc09b	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	11.000.000	14-10-2021	14:04:34.544	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d56e017d8eda9b70eff8d39bb88407fe	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	11.480.000	14-10-2021	14:04:31.498	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29107567a9492b7b4667e85c3b68f3f2	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	11.500.000	14-10-2021	14:04:23.367	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e21f91328c0ce0bad04a95ffb16e0c05	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	11.700.000	14-10-2021	14:04:16.099	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	119e2badc989d13ea9c00da3d7d9300e	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	11.800.000	14-10-2021	14:04:10.614	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31becd52735c8ac3671630904b11187d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	11.900.000	14-10-2021	14:04:05.696	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aec4d5ad92b5ae03aa43fb4f4fe7bd94	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	12.000.000	14-10-2021	14:03:23.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	413c60abd2109a0b8643609b743d339b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	12.200.000	14-10-2021	14:03:34.006	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a63d66e1016e651cf9466ed841fb6789	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	12.300.000	14-10-2021	14:02:59.507	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43923d295f0f4b10f71c0cfaf98ea915	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	12.500.000	14-10-2021	14:02:52.771	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e6be1c331a544d5b72d60aaf04aa454	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	12.600.000	14-10-2021	14:02:47.618	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35f84720e5d64c328f52dad8a2268010	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	12.800.000	14-10-2021	14:02:18.600	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b436ed80cb858e180c34028541872e67	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	12.900.000	14-10-2021	14:02:11.995	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6cd15adb8720426b2b928fe21709b1b7	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	13.000.000	14-10-2021	14:01:56.711	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6838666ca7a4b0346e72bfe3c058dcd	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	13.000.000	14-10-2021	14:02:01.839	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09fbe15cd9322ae1d6645fb2dadde91a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	13.250.000	14-10-2021	14:01:47.169	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5fb5fb563b8aae783d8003595a8acaf	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	13.500.000	14-10-2021	14:01:36.669	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ff161e2c18bf8dd6626b735d4e0c182	
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	13.800.000	14-10-2021	08:00:44.811	Propuesta
		Código Verificador:	beeb3de2b245dfb5fa25e81f58731bb9	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	13.950.000	14-10-2021	08:00:44.809	Propuesta
		Código Verificador:	fbc39403dca90d1fe0aa4475c5f56960	
GAESA SA - 80026596-3	16.800.000	14-10-2021	08:00:44.813	Propuesta
		Código Verificador:	e29104827b25be7fef369c561c5dd858	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.000.000	14-10-2021	08:00:44.814	Propuesta
		Código Verificador:	3b5fcd2d1cf19f9321aeb5f4b96d63ce	

**22 - LOTE N° 22**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	7.500.000	14-10-2021	08:00:44.891	Propuesta
		Código Verificador:	65f337187a6002662ace1012251e899e	

**23 - LOTE N° 23**

**Listado General de todas las Ofertas**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	47.960.000	14-10-2021	14:38:52.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59214d94c56ea7ddefe77666b06a06ae	
GAESA SA - 80026596-3	48.000.000	14-10-2021	14:35:48.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa3870779177feb5f712ae9b2b9c356f	
ALBATROS SACI - 80002766-3	52.800.000	14-10-2021	14:35:12.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c523d85ba188474ca0bdfc7d6b64379d	
GAESA SA - 80026596-3	53.000.000	14-10-2021	08:00:45.071	Propuesta
		Código Verificador:	a1113f250d2569467ee94fe5f4eef01a	
ALBATROS SACI - 80002766-3	58.000.000	14-10-2021	08:00:45.069	Propuesta
		Código Verificador:	62427e7e35f775f2f9f033842b3f4d97	

**24 - LOTE N° 24**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	1.900.000	14-10-2021	08:00:45.169	Propuesta
		Código Verificador:	ff49fd19e2bbe6528dd1717a1c839695	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.500.000	14-10-2021	08:00:45.171	Propuesta
		Código Verificador:	398b391cb146bca44af38e407bb5cf69	

**25 - LOTE N° 25**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.250.000	14-10-2021	15:06:55.311	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a3d3a1a5ddeb34ed1f4efd30f2afed6	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.290.000	14-10-2021	15:06:45.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c85ae052e714d8c959480b217e561b2	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.299.000	14-10-2021	15:06:35.701	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa273805449bfda7292fc29dbe8572f9	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.499.000	14-10-2021	15:06:07.393	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e466ae14a271ba2018a19973b965f4d3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.599.000	14-10-2021	15:05:59.638	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96c1b3869015543815a1bc589d4c4c34	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.699.000	14-10-2021	15:05:44.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36f57e00c42c540e1e721dac65dddffb	
GAESA SA - 80026596-3	4.800.000	14-10-2021	15:05:45.973	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03fd877765aa325b1ad203f2150c95a0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.899.000	14-10-2021	15:05:27.405	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d61738709991d5a6c77161733e743b4a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.900.000	14-10-2021	15:05:19.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af8d76e1c60f8fa6e0f63cf0e5421fc7	
GAESA SA - 80026596-3	4.900.000	14-10-2021	15:05:27.419	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d56d5dc31e5a8ec8f36bbf09db8c64f9	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.949.000	14-10-2021	15:05:11.750	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14440aaa7f371ca68db6f280491ea7c0	
GAESA SA - 80026596-3	4.950.000	14-10-2021	15:04:58.869	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e5672518977a08c3ee9617d92b81005	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.999.000	14-10-2021	15:05:00.999	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	305b1ca3599ad8ec84a6cf26a54fae3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.999.900	14-10-2021	15:04:55.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4060aa3c6bcab77a9d4d2204c9fb1fcb	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.999.990	14-10-2021	15:04:47.510	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4799ca9899b60e78f4cdf16f53c2a5d	
GAESA SA - 80026596-3	5.000.000	14-10-2021	15:04:48.839	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25708c3eb4dfd4bf45e94f872ddb43bf	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	5.099.990	14-10-2021	15:04:34.219	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89815607ca687dc5bc0363ca87ce491f	
GAESA SA - 80026596-3	5.150.000	14-10-2021	15:04:40.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51011307461ee2b1e7e918d4bafc8457	

### Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	5.199.990	14-10-2021	15:04:21.044	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4594dbf7cea3c43bd341a3951d4e0568	
GAESA SA - 80026596-3	5.200.000	14-10-2021	15:04:30.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8db54d5d40cc8f4a06b3cb161cff0a7a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	5.249.990	14-10-2021	15:04:09.208	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa271c20cd38b27f6a3ebd4808ce61ce	
GAESA SA - 80026596-3	5.250.000	14-10-2021	15:03:52.941	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	658cd1b729cde755b81b293dbb82a9e5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	5.299.990	14-10-2021	15:03:44.655	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c2b884a98142d69444ac2876f6bc314	
GAESA SA - 80026596-3	5.300.000	14-10-2021	15:03:22.571	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	398eb1ef87107cb4f21108a04c85abca	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	5.549.000	14-10-2021	15:02:45.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d70cd3e3aa6a285876ddd1cf01eb6a77	
GAESA SA - 80026596-3	5.550.000	14-10-2021	15:02:14.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8a91d5ec34bf8e14b1c7dba1bc67aef	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	5.580.000	14-10-2021	15:02:27.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c660f54f9a48c65b1f29470cd0897545	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	5.590.000	14-10-2021	15:01:38.232	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10d964e75a0d8490089c33dc3c755e2d	
GAESA SA - 80026596-3	5.600.000	14-10-2021	08:00:45.270	Propuesta
		Código Verificador:	14189966749f362dfbfb6db6dedf049	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	6.000.000	14-10-2021	08:00:45.271	Propuesta
		Código Verificador:	9aae6e1331433b372764ec24068bddc9	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - LOTE N° 1

Oferente	Mejor Precio
GAESA SA - 80026596-3	66.000.000
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	66.497.000

#### 2 - LOTE N° 2

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	80.000.000

#### 3 - LOTE N° 3

Oferente	Mejor Precio
GAESA SA - 80026596-3	23.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	25.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	35.000.000

#### 4 - LOTE N° 4

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	86.500.000
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	87.200.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	89.900.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	90.000.000
CODEX S.R.L. - 80000173-7	93.900.000

#### 5 - LOTE N° 5

Oferente	Mejor Precio
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	121.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	139.500.000
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	139.564.600

#### 6 - LOTE N° 6

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	220.000.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	229.999.999
ARGON S.R.L. - 80004373-1	362.700.000

#### 7 - LOTE N° 7

Oferente	Mejor Precio
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	8.250.000

#### 8 - LOTE N° 8

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	148.000.000
GAESA SA - 80026596-3	150.000.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	166.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	178.000.000

#### 9 - LOTE N° 9

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	43.800.000
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	45.000.000

#### 10 - LOTE N° 10

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	36.000.000
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	36.850.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	45.000.000

#### 12 - LOTE N° 12

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	327.000.000
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	328.000.000
CODEX S.R.L. - 80000173-7	380.000.000

#### 13 - LOTE N° 13

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	6.424.000

#### 14 - LOTE N° 14

Oferente	Mejor Precio
SIEGEN S.A. - 80037885-7	320.000.000
SYNERGY S.R.L. - 80057142-8	1.260.000.000

#### 15 - LOTE N° 15

Oferente	Mejor Precio
GAESA SA - 80026596-3	24.400.000

#### 16 - LOTE N° 16

Oferente	Mejor Precio
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	4.600.000

#### 18 - LOTE N° 18

Oferente	Mejor Precio
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	15.200.000
GAESA SA - 80026596-3	18.400.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	28.000.000

#### 19 - LOTE N° 19

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	7.336.233
ALBATROS SACI - 80002766-3	11.740.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	24.000.000

#### 20 - LOTE N° 20

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	9.920.000
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	10.200.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	15.000.000

#### 21 - LOTE N° 21

Oferente	Mejor Precio
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	10.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	11.480.000
GAESA SA - 80026596-3	16.800.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	21.000.000

#### 22 - LOTE N° 22

Oferente	Mejor Precio
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	7.500.000

#### 23 - LOTE N° 23

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	47.960.000
GAESA SA - 80026596-3	48.000.000

#### 24 - LOTE N° 24

Oferente	Mejor Precio
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - 80024252-1	1.900.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.500.000

#### 25 - LOTE N° 25

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.250.000
GAESA SA - 80026596-3	4.800.000

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 80002766-3 - ALBATROS SACI

Item	Precio Ganador
4 - LOTE N° 4	86.500.000
8 - LOTE N° 8	148.000.000
23 - LOTE N° 23	47.960.000

#### Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item	Precio Ganador
2 - LOTE N° 2	80.000.000
9 - LOTE N° 9	43.800.000
12 - LOTE N° 12	327.000.000
13 - LOTE N° 13	6.424.000
25 - LOTE N° 25	4.250.000

#### Proveedor: 80011068-4 - LA CASA DEL MEDICO S.A.

Item	Precio Ganador
------	----------------

### Items Ganados por Proveedor

6 - LOTE N° 6	220.000.000
10 - LOTE N° 10	36.000.000
19 - LOTE N° 19	7.336.233
20 - LOTE N° 20	9.920.000

Proveedor: 80024252-1 - M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

Item	Precio Ganador
16 - LOTE N° 16	4.600.000
18 - LOTE N° 18	15.200.000
21 - LOTE N° 21	10.500.000
22 - LOTE N° 22	7.500.000
24 - LOTE N° 24	1.900.000

Proveedor: 80026596-3 - GAESA SA

Item	Precio Ganador
1 - LOTE N° 1	66.000.000
3 - LOTE N° 3	23.000.000
15 - LOTE N° 15	24.400.000

Proveedor: 80037885-7 - SIEGEN S.A.

Item	Precio Ganador
14 - LOTE N° 14	320.000.000

Proveedor: 80038118-1 - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

Item	Precio Ganador
5 - LOTE N° 5	121.000.000
7 - LOTE N° 7	8.250.000

### Listado de Mensajes

1 - LOTE N° 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	08:10:52.395
Buenos días, comenzamos la Subasta.	14-10-2021	08:11:07.225
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-10-2021	08:11:12.235
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2021	08:11:18.409
Señores esperamos mejores ofertas.	14-10-2021	08:11:26.443
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	14-10-2021	08:16:08.369
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	08:16:14.404
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	08:16:16.798
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	08:22:17.241
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	08:31:33.307
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	08:31:33.438

2 - LOTE N° 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	08:31:43.962
Continuamos con la Subasta.	14-10-2021	08:31:50.288
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	08:35:58.211
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	08:36:01.155
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	08:42:01.536
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	08:51:48.618
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	08:51:48.691

3 - LOTE N° 3

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	08:52:47.776
Continuamos con la Subasta.	14-10-2021	08:52:56.215

### Listado de Mensajes

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-10-2021	08:53:04.536
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2021	08:53:11.072
Señores Oferentes, bajen sus precios	14-10-2021	08:53:18.562
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	14-10-2021	08:55:37.902
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	08:55:38.948
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	08:55:41.570
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	09:01:42.019
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	09:06:39.046
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	09:06:39.280

#### 4 - LOTE N° 4

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	09:06:56.530
Continuamos con la Subasta.	14-10-2021	09:07:06.076
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-10-2021	09:07:11.527
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2021	09:07:16.175
Señores bajen sus precios.	14-10-2021	09:07:21.284
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	14-10-2021	09:11:40.387
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	09:11:42.449
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	09:11:44.887
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	09:17:44.976
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	09:24:42.620
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	09:24:42.733

#### 5 - LOTE N° 5

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	09:25:47.290
Continuamos con la Subasta.	14-10-2021	09:26:01.152
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-10-2021	09:26:28.740
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2021	09:26:33.363
Señores esperamos mejores ofertas.	14-10-2021	09:26:38.433
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	14-10-2021	09:26:53.257
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	09:27:33.580
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	09:31:47.342
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	09:37:47.576
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	09:42:55.771
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	09:42:56.156

#### 6 - LOTE N° 6

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	09:43:46.988
Continuamos con la Subasta.	14-10-2021	09:43:56.078
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	14-10-2021	09:44:44.271
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	09:53:42.064
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	09:53:44.921
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	09:59:45.344
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	10:06:17.633
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	10:06:17.743

#### 7 - LOTE N° 7

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	10:07:36.359
Continuamos con la Subasta.	14-10-2021	10:07:43.379
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	14-10-2021	10:07:53.826
Señor/a Oferente, baje su precio	14-10-2021	10:08:01.296
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2021	10:08:10.760
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	14-10-2021	10:08:28.094
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	10:08:30.469
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	10:08:33.520

### Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	10:16:10.690
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	10:23:46.740
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	10:23:46.930

#### 8 - LOTE N° 8

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	10:24:30.444
Continuamos con la Subasta.	14-10-2021	10:24:56.140
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-10-2021	10:25:03.125
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2021	10:25:16.086
Señores esperamos mejores ofertas.	14-10-2021	10:25:21.198
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	14-10-2021	10:29:20.026
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	10:29:22.672
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	10:29:25.897
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	10:49:36.727
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	10:58:56.790
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	10:58:56.867

#### 9 - LOTE N° 9

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	11:00:02.211
Continuamos con la Subasta.	14-10-2021	11:00:08.796
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-10-2021	11:00:14.142
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2021	11:00:18.969
Señores bajen sus precios.	14-10-2021	11:00:23.189
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	14-10-2021	11:01:57.525
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	11:01:58.853
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	11:02:02.440
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	11:08:02.693
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	11:15:21.749
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	11:15:22.263

#### 10 - LOTE N° 10

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	11:17:36.989
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	14-10-2021	11:17:45.043
Señores esperamos mejores ofertas.	14-10-2021	11:17:51.944
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	11:20:57.364
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	11:21:00.431
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	11:27:00.522
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	11:31:49.781
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	11:31:50.046

#### 12 - LOTE N° 12

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	11:32:07.702
Continuamos con la Subasta.	14-10-2021	11:32:27.788
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-10-2021	11:32:35.317
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2021	11:32:41.664
Señores bajen sus precios.	14-10-2021	11:32:46.246
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	14-10-2021	11:35:44.103
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	11:35:45.285
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	11:35:48.094
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	11:52:25.311
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	11:57:04.527
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	11:57:05.224

#### 13 - LOTE N° 13

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------



### Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	11:57:34.084
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	14-10-2021	11:57:47.224
Señor/a Oferente, baje su precio	14-10-2021	11:57:56.629
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2021	11:58:08.735
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	14-10-2021	11:59:31.676
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	11:59:55.236
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	11:59:57.619
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	12:06:54.858
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	12:15:53.212
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	12:15:53.447

#### 14 - LOTE N° 14

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	12:16:06.404
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-10-2021	12:16:16.509
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2021	12:16:24.741
Señores esperamos mejores ofertas.	14-10-2021	12:16:31.075
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	14-10-2021	12:17:28.921
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	12:17:30.276
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	12:17:33.006
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	12:23:33.082
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	12:29:15.127
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	12:29:15.444

#### 15 - LOTE N° 15

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	12:29:55.412
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	14-10-2021	12:30:10.022
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2021	12:30:23.490
Señor/a Oferente, baje su precio	14-10-2021	12:30:31.774
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	14-10-2021	12:31:47.071
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	12:31:50.770
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	12:31:54.520
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	12:37:54.659
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	12:45:01.075
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	12:45:01.303

#### 16 - LOTE N° 16

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	12:45:18.008
Continuamos con la Subasta.	14-10-2021	12:45:25.859
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	14-10-2021	12:45:38.740
Señor/a Oferente, baje su precio	14-10-2021	12:45:45.440
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	14-10-2021	12:51:50.391
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	12:56:21.976
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	12:56:26.630
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	13:02:26.836
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	13:05:43.260
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	13:05:43.807

#### 18 - LOTE N° 18

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	13:06:25.150
Continuamos con la Subasta.	14-10-2021	13:06:32.812
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-10-2021	13:06:37.785
Señores bajen sus precios.	14-10-2021	13:06:42.089
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2021	13:06:49.153
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	13:06:51.591
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	13:06:53.785

### Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	13:12:53.891
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	13:17:16.937
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	13:17:17.309

#### 19 - LOTE N° 19

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	13:17:23.739
Señores bajen sus precios.	14-10-2021	13:17:32.051
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2021	13:17:43.035
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	13:18:27.195
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	13:18:31.151
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	13:28:22.501
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	13:35:36.559
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	13:35:36.735

#### 20 - LOTE N° 20

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	13:38:06.409
Señores bajen sus precios.	14-10-2021	13:38:15.294
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	14-10-2021	13:38:37.205
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2021	13:38:46.437
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	13:38:47.389
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	13:38:50.019
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	13:44:50.147
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	13:53:38.265
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	13:53:38.624

#### 21 - LOTE N° 21

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	13:54:16.059
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	14-10-2021	13:54:24.324
Señores bajen sus precios.	14-10-2021	13:54:28.991
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2021	13:54:34.768
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	13:54:35.621
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	13:54:40.656
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	14:00:40.665
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	14:06:50.713
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	14:06:51.055

#### 22 - LOTE N° 22

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	14:07:15.341
Señor/a Oferente, baje su precio	14-10-2021	14:07:21.281
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	14-10-2021	14:07:27.181
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	14:07:27.991
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	14:07:30.372
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	14:13:30.459
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	14:22:14.529
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	14:22:14.820

#### 23 - LOTE N° 23

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	14:25:59.378
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-10-2021	14:26:09.148
Señores esperamos mejores ofertas.	14-10-2021	14:26:13.676
Señores Oferentes, bajen sus precios	14-10-2021	14:26:20.541
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	14:26:30.562
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	14:26:32.462
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	14:32:32.487

### Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	14:39:16.556
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	14:39:17.084

#### 24 - LOTE N° 24

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	14:40:05.005
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-10-2021	14:40:12.833
Señores esperamos mejores ofertas.	14-10-2021	14:40:20.396
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	14:40:21.047
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	14:40:22.894
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	14:46:23.113
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	14:51:51.348
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	14:51:51.452

#### 25 - LOTE N° 25

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2021	14:52:47.647
Señores Oferentes, bajen sus precios	14-10-2021	14:52:56.329
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-10-2021	14:53:00.369
Señores bajen sus precios.	14-10-2021	14:53:09.025
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2021	14:53:10.218
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2021	14:53:13.146
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2021	14:59:13.332
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2021	15:06:59.522
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2021	15:06:59.876

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.