

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 403418

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:42 del día 24/2/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 403418 -  
LCO N° 29/21 ADQUISICIÓN DE DERMATOMO ELÉCTRICO PARA EL CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGÍAS RECONSTRUCTIVAS - MSPYBS de la Institución:

**Código Verificador:** 3ef4515e7c6fdd7513046cb95b83a30c

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
<b>UOC:</b>	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
<b>Código SICP:</b>	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Plan de entrega de los bienes, dice: El oferente tendrá un plazo de hasta 10 (diez) días corridos, para la entrega de los bienes adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra. Respetuosamente solicitamos al Convocante extender el plazo de entrega, de tal forma que quede de la siguiente manera: El oferente tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) días corridos, para la entrega de los bienes adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra.	25-01-2022	15:55:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	04-02-2022	10:13:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 4.3 Capacidad de ajustar el ancho del corte desde 10, (+/- 1mm) a 80 mm (+/- 2mm). Solicitamos a la convocante poder ofertar Ancho de corte seleccionable entre 35mm, 50mm, 65mm y 80mm, para dar oportunidad a mas oferentes	25-01-2022	17:01:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.	03-02-2022	14:56:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: 4.4 Espesor de injerto de 0,2 mm (+/- 0,1 mm) a 0,9 mm (+/- 0,1 mm). Ajustable en incrementos de 0,1 mm. Consulta: solicitamos poder ofertar Espesor de injerto de 0,0mm a 1,2mm ajustable en incrementos de 0,1mm, para dar oportunidad a la participacion de mas oferentes	25-01-2022	17:02:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	04-02-2022	10:13:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: 4.2 De 15.000 rpm como mínimo. Consulta: solicitamos poder ofertar 7.000 rpm	25-01-2022	17:02:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.	03-02-2022	14:57:12

### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 4.6 Dimensiones: 300 mm x 90 mm x 50 mm (+/- 5mm).- Consulta: Solicitamos poder ofertar con las siguientes dimensiones 295 x 104 mm y 45mm diametro del mango	25-01-2022	17:07:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	04-02-2022	10:13:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: Con cable de alimentación para uso directo con cable; y Para uso de batería sin cables.- Sugerimos que sea opcional para uso directo con cable y/o para uso de batería sin cable	25-01-2022	17:08:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.	03-02-2022	14:58:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: 5.1 Batería recargable Ni-MH.- solicitamos poder ofertar Bateria recargable de Li-Ion (Que es tecnología superior y mas moderna que Ni-MH)	25-01-2022	17:09:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	04-02-2022	10:13:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: 5.4 Fuente de alimentación y cargador para 2 baterías. Peso aproximado: 3000 a 4000 g.- Consulta: solicitamos poder ofertar Cargador para 1 batería. Peso : 317 g	25-01-2022	17:10:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.	03-02-2022	14:58:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: 6.3 Cubeta no fenestrada. favor aclarar a que se refiere por favor	25-01-2022	17:11:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	04-02-2022	10:14:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: 6.4 Dimensiones aproximadas: 472 mm x 283 mm x 158 mm (+5 mm).- solicitamos poder presentar dimensiones de 480 x 250 x 66 mm	25-01-2022	17:11:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	04-02-2022	10:14:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En punto 4.2 donde dice: De 15.000 rpm como mínimo. Sugerimos a la convocante la modificación del rango: De 6.500 rpm a 15.000 rpm. Para una mayor participación y transparencia.	25-01-2022	17:14:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	04-02-2022	10:14:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6 Dimensiones: 300 mmx 90 mm x 50 mm (+/- 5mm). Solicitamos la ampliación de las dimensiones del equipo a: 300mm x 120mm x 90 mm (+/-5mm) esto le dará la posibilidad se pueda adquirir equipos de alta gama con mejores precios.	25-01-2022	17:15:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	04-02-2022	10:14:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6 Dimensiones: 300 mmx 90 mm x 50 mm (+/- 5mm). Solicitamos la ampliación de las dimensiones del equipo a: 300mm x 120mm x 90 mm (+/-5mm) esto le dará la posibilidad se pueda adquirir equipos de alta gama con mejores precios.	25-01-2022	17:17:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	04-02-2022	10:14:54

### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.9 Modos de uso: Con cable de alimentación para uso directo con cable; y Para uso de batería sin cables. Sugerimos a la convocante aceptar un equipo inalámbrico sin cables, ya que la batería es más segura en el uso y se minimizan los riesgos de contaminación cruzada según las normas de bioseguridad.	25-01-2022	17:17:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	04-02-2022	10:15:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.1 Batería recargable Ni-MH.- Sugerimos a la convocantes aceptar baterías de iones de Litio ya que tiene una mayor ventaja con las baterías de Ni-MH, una de ellas es la baja auto descarga, la batería queda cargada y puede almacenarse por mucho más tiempo sin daños, ofrece un mayor voltaje y es más ligera. Por lo que sugerimos se incluya: Batería recargable Li-Ion.	25-01-2022	17:17:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	04-02-2022	10:15:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.1 Batería recargable Ni-MH.- Sugerimos a la convocantes aceptar baterías de iones de Litio ya que tiene una mayor ventaja con las baterías de Ni-MH, una de ellas es la baja auto descarga, la batería queda cargada y puede almacenarse por mucho más tiempo sin daños, ofrece un mayor voltaje y es más ligera. Por lo que sugerimos se incluya: Batería recargable Li-Ion.	25-01-2022	17:18:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	04-02-2022	10:15:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al Plan de Entrega de bienes: solicitamos considerar plazo de 45 días a partir del comunicado de orden de entrega al proveedor, ya que actualmente a nivel mundial y a causa de la pandemia, se siguen sufriendo retrasos en la logística internacional.	25-01-2022	17:18:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	04-02-2022	10:15:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: a) Autorización del Fabricante para los representantes o distribuidores, debidamente consularizado, legalizado y/o apostillado, e inscrito en Registros Públicos, conforme al Formulario del PBC, o en su defecto la documentación emitida por el fabricante. Consulta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de presentar la Autorización del fabricante con la inscripción en el Registro Publico para la firma del contrato en caso de resultar adjudicado, este pedido abedece que el Registro Publico se torna bastante tiempo para la inscripción. de esa manera dar oportunidad a mas oferentes.	26-01-2022	07:31:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	04-02-2022	10:15:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 2. Copia del Certificado de Registro Sanitario del dispositivo médico, o constancia de inicio de tramite emitido por D.N.V.S. - M.S.P. Y B.S. (Resolución DNVS DG N° 12/2020) La resolución DNVS DG N° 12/2020 establece en su artículo N° 1 que resolución mencionada se encuentra vigente hasta el 31/12/2020, en su artículo N° 2 menciona que las empresas que hayan iniciado el tramiten de solicitud de registro sanitario tendra tiempo hasta el 31/12/2020 para subsanar la totalidad de las objeciones emitidas por el proceso de evaluacion, caso contrario la solicitud decaera de pleno derecho, debiendo iniciarse nuevos tramite, previo pago arancel respectivo, por lo tanto, Sugerimos a la convocante solicitar Registro Sanitario vigente o en su defecto mesa de esntrada de renovacion, para dar cumplimiento a lo establecido por la DNVS	26-01-2022	07:52:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	04-02-2022	10:16:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Tratandose de equipos importados solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega a 30 días , la mayoría de los proveedores no cuenta con el equipo solicitado en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.	26-01-2022	07:56:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	04-02-2022	10:14:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Punto 4.2 Donde dice De 14.000 rpm como mínimo Consulta: Solicitamos a la convocante permitir ofertar dermatomo de 7.000rpm, conciderando que la misma es para corte de piel, es suficiente 7.000 rpm .	09-02-2022	07:43:23
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	15-02-2022	18:43:48
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
donde dice: 5.4 Fuente de alimentación y cargador para 2 baterías Solicitamos a la convocante poder ofertar con cargador para 1 batería para poder permitir la participacion de mas oferentes.	09-02-2022	07:45:19
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	15-02-2022	18:44:07
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Concideramos que el plazo de entrega de 40 dias para poder cumplir con la entrega, tratandose de productos importados.	09-02-2022	07:51:08
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	15-02-2022	18:44:23
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
donde dice 7.1 Soporte de accesorios Solicitamos dejar como opcional este punto, ya que el dermatomo no cuenta con accesorios a excepcion de las cuchillas que no necesitan de soporte	09-02-2022	07:56:27
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	15-02-2022	18:44:36
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Concideramos que el plazo de entrega de 40 dias para poder cumplir con la entrega, tratandose de productos importados.	09-02-2022	08:00:33
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la Adenda y la última versión del PBC.	15-02-2022	18:44:52

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1508001888	Póliza	REGIONAL S. A. DE SEGUROS	23-02-2022	23-02-2022	22-08-2022
<b>Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1</b>					
<b>Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>
PÓLIZA N°: 1508053044 - END.: 000	Póliza	LACONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	23-02-2022	23-02-2022	22-08-2022

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42295201-001	Dermatomo electrico - equipo p/ tomar ingerto de piel				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	HUMECA	HUMECA B. V.	D80	PAÍSES BAJOS	DERMATOMO ELÉCTRICO	265.000.000	265.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	AYGUN	Aygün Surgical Instruments Co., Inc.	M10-121	Turquia	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo.-	250.000.000	250.000.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

#### 1 - Dermatomo electrico - equipo p/ tomar ingerto de piel

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	146.000.000	24-02-2022	08:42:17.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e86c89790aece7d5b866ee9898177f8	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	147.000.000	24-02-2022	08:41:28.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6dd2c388785f423747882e4b0c7a7f2d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	148.000.000	24-02-2022	08:41:55.308	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb35ee39e04a7888401261b7200583be	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	148.999.000	24-02-2022	08:41:36.903	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c587cb46feaf374d30f73207a2ae7da	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	149.000.000	24-02-2022	08:40:58.527	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d27d40423acb39b8cbd0fc9b89835ef7	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	149.000.000	24-02-2022	08:41:05.110	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14e4085d3734aec37067cdc87d12c45e	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	150.000.000	24-02-2022	08:39:18.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d567a8cc90347e00df5b82e522581ffe	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	151.000.000	24-02-2022	08:38:54.800	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae6aab46a653bff42cc8860a51e11a41	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	153.000.000	24-02-2022	08:38:32.293	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a4ce2c1b6960c35f3c30fc2fb09106a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	155.000.000	24-02-2022	08:38:37.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53421058adf728e2811c45cda6c50089	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	156.000.000	24-02-2022	08:38:12.198	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	555968af8cd33a85c007c179269ca322	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	159.000.000	24-02-2022	08:37:49.553	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3676d19df2060992dc194a12f247ec1f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	160.000.000	24-02-2022	08:37:56.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5534ac264931c09e889dfd1befe6eb7e	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	161.000.000	24-02-2022	08:37:28.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9605017b469424e18b68d9d043e3893e	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	164.000.000	24-02-2022	08:37:16.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9a93960263f39a5325ed587d603b8d5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	165.000.000	24-02-2022	08:37:25.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78d2609b9edf660ec28f7640828b7154	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	166.000.000	24-02-2022	08:37:04.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56953ab143607c6d33d5ce2db9eab1a7	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	166.000.000	24-02-2022	08:37:12.542	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be783b6ee592a2b21367c2e276e69e25	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	168.000.000	24-02-2022	08:36:49.815	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	941007ff1a40ea7b1c0202759068405e	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	170.000.000	24-02-2022	08:36:36.552	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a19bfdbfbb588325ce4fc5943f74652	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	171.000.000	24-02-2022	08:36:39.100	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46926315826fa48975e2646cc622a8f7	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	172.000.000	24-02-2022	08:36:22.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7cc483b8788002c00e2ffbcf1fd85543	

### Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	173.000.000	24-02-2022	08:36:18.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6568f33969836958b3ab4d07c69f80f5	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	174.000.000	24-02-2022	08:36:05.752	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d34644c760bd2e359381de4d5a38a11	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	176.000.000	24-02-2022	08:36:08.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c65e437d081fef10f5dd1f1034be1bd	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	177.000.000	24-02-2022	08:35:59.917	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b97058154784dca9478e00b131d5087	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	178.000.000	24-02-2022	08:35:54.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2a1a09c6335fe1e51afe0643a1a0db8	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	179.000.000	24-02-2022	08:35:48.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16703afa9d70261817a9f210607d61b1	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	185.000.000	24-02-2022	08:35:32.787	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d56d8901c356b9edda2d8fb17b9f0a99	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	187.000.000	24-02-2022	08:35:33.199	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed1f8861bc27f386b393fe2444907f7b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	189.000.000	24-02-2022	08:35:23.737	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	431b3eb5e0e8d735d4d98914b79b78bb	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	190.000.000	24-02-2022	08:35:07.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f30e9aab9d1d2d1369a381a515f1133	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	194.000.000	24-02-2022	08:35:16.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10425ea935f229dd00e4b2f7919ab543	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	195.000.000	24-02-2022	08:34:38.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1595d6dde48b6e9b83e4397a2e784a74	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	199.000.000	24-02-2022	08:34:40.316	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d278badcfa17ed89e1323e24e2375eb1	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	200.000.000	24-02-2022	08:34:13.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a740b4f44a393db89a1efe327bde762	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	215.000.000	24-02-2022	08:34:21.726	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f09654ddea1a1c7fa418bb172e22d566	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	218.000.000	24-02-2022	08:34:09.670	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb64f1e44cb5494200d7ec063cdc7aa0	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	220.000.000	24-02-2022	08:33:55.823	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0a96e8fa8fca4cba7e07fe6fef7bc24	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	230.000.000	24-02-2022	08:27:42.677	Etapa de Puja
		Código Verificador:	842541392b5d0c83d05223ae048abb5f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	235.000.000	24-02-2022	08:22:50.055	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b863e267c53b2150712eee91d1339942	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	240.000.000	24-02-2022	08:17:24.172	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5c666146c9419c739c6f35bbeb036b4e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	250.000.000	24-02-2022	08:00:08.677	Propuesta
		Código Verificador:	2156030b66f9cb58a5a6a130cb5f04f6	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	265.000.000	24-02-2022	08:00:08.698	Propuesta
		Código Verificador:	9085c2d7c70b1b99d16ff176ae947ed1	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Dermatomo electrico - equipo p/ tomar ingerto de piel

Oferente	Mejor Precio
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	146.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	148.000.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80030030-0 - CATETERES Y AFINES S.A.

### Items Ganados por Proveedor

Item	Precio Ganador
1 - Dermatómomo eléctrico - equipo p/ tomar ingerto de piel	146.000.000

### Listado de Mensajes

1 - Dermatómomo eléctrico - equipo p/ tomar ingerto de piel		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-02-2022	08:10:25.329
Buenos días, comenzamos la Subasta.	24-02-2022	08:10:32.177
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	24-02-2022	08:11:06.609
Señores bajen sus precios.	24-02-2022	08:11:12.777
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	24-02-2022	08:11:18.525
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	24-02-2022	08:11:23.744
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-02-2022	08:12:30.740
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-02-2022	08:12:33.096
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-02-2022	08:33:42.736
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-02-2022	08:42:32.885
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-02-2022	08:42:33.195

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.