

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 403606

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:40 del día 14/2/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 403606 -

LCO N° 30/21 ADQUISICIÓN DE FREEZER PARA EL BANCO DE TEJIDO DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO Y CIRUGÍAS RECONSTRUCTIVAS - MSPYBS de la Institución:

Código Verificador: 152ada239390a457d9cf483867f8b25d

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a 60 días hábiles debido a la variación de disponibilidad de los fletes		10-12-2021	15:45:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC		30-12-2021	09:59:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Las Especificaciones Técnicas solicitadas corresponden al equipo de Marca SNIJDERS LABS. Modelo VF620-86 ofrecido como Precio Referencial por el proveedor PROVINDUS S.A, dónde se ven las características en el presupuesto mencionado y el cual solicita que se incluya sistema de alarma NOVO CP CR VF620, que es exclusivo de ese equipo/modelo. Por ellos solicitamos modificar las Especificaciones Técnicas para cumplir con el propósito de una licitación pública y tener la mayor cantidad de oferentes posibles que cumplan con lo requerido por el Centro Nacional del Quemado y Cirugías reconstructivas		10-12-2021	15:54:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC		17-01-2022	15:10:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante dónde dice "Exterior blanco" aceptar "Exterior blanco o exterior pintado con tinta eletrostática antibacteriana". Dicha característica tiene múltiples ventajas para la mejor preservación del equipo.		10-12-2021	15:55:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC		17-01-2022	15:10:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante dónde dice "Contenido neto 600 litros" aceptar " Contenido neto mínimo de 580 litros" para tener una mayor participación de oferentes.		10-12-2021	15:56:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC		17-01-2022	15:11:10

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante dónde dice "Dimensiones externas (ExDxH) 1055 x 890 x 1992 mm" aceptar "Dimensiones externas aproximadas (ExDxH) 1055 x 890 x 1992 mm". También se solicita aceptar dimensiones internas variadas, siempre y cuando se respete el Contenido neto y dimensiones externas solicitadas.	10-12-2021	15:56:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC	17-01-2022	15:11:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante aclarar dónde dice "Rango de Temperatura -50° Ca 86° C" si se refiere a "Rango de Temperatura -50 °Ca -86° C", ya que normalmente los ultrafreezer llegan a temperaturas de -86°	10-12-2021	15:57:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la 5ta. Versión del PBC.-	20-01-2022	14:39:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante aclarar a que se refiere dónde dice "Contacto sin potencial Si" y donde dice "Rendimiento para sensor externo Si".	10-12-2021	15:59:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere al monitoreo remoto de energía y temperatura, ajustarse a la I versión del PBC.-	17-01-2022	15:16:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante dónde dice " Refrigerantes Primera etapa: R455A / Segunda etapa: R 170" aceptar "Refrigerante (fluido) R404a"	10-12-2021	15:59:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC	17-01-2022	15:16:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante dónde dice " Sensores de temperatura pt 1000 " aceptar " Sensores de temperatura pt 100 o pt 1000 "	10-12-2021	16:00:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la I versión del PBC.-	17-01-2022	15:17:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante dónde dice "Alarma óptica y acústica, pero también posible a través de E-mail" aceptar "Alarma óptica y acústica, pero también posible a través de forma remota "	10-12-2021	16:01:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC	17-01-2022	15:20:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante aclarar a que se refiere dónde dice "Comunicación. Sistema de activación de marcación telefónica. Contacto libre de potencial (voltaje)" Si se refiere al control remoto del refrigerador se solicita resumir todo como "Controlado basado en Web" para mayor claridad y participación de oferentes.	10-12-2021	16:01:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC	17-01-2022	15:20:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante dónde dice " Conexión RJ45 (Internet)" aceptar "Conexión (Internet)" independientemente al tipo de conexión para mayor participación de oferentes, el mismo no afectará al rendimiento del equipo y al manejo del usuario.	10-12-2021	16:02:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC	17-01-2022	15:20:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita amablemente a la convocante dónde dice "Requisitos 220/240 VAC, 50 hz,FUSIBLE 16 Amp.lento. Potencia y corriente nominal 1054 VA / 950 W / 5,0 Amp- Consumo de energía 12,2 Kwh/24h. Intercambio de calor 0,48 Kw / h. Nivel de ruido 54 dBANet" aceptar "220/240 VAC, 50hz", los mismos son los requisitos mínimos para el correcto funcionamiento de equipos ultrafreezers. El resto de las especificaciones son las del equipo de Marca SNIJDERS LABS. Modelo VF620-86 ofrecido como Precio Referencial por el proveedor PROVINDUS S.A. Estas modificaciones permitirán mayor participación de oferentes.	10-12-2021	16:03:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC	17-01-2022	15:21:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante dónde dice "Peso 360 Kg" aceptar "Peso máximo 400 Kg" para poder brindar mayor oportunidad de participación a distintos oferentes.	10-12-2021	16:04:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC	17-01-2022	15:21:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante dónde dice "Certificado CE EN61010-1: 2010, EN60601-1-2: 200" aceptar "Certificado ISO 9001, ISO 13485, ANVISA o al menos uno de ellos". Estas certificaciones cumplen con el más alto nivel de calidad a nivel mundial.	10-12-2021	16:04:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC	17-01-2022	15:21:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante dónde dice "Incluye sistema de Alarma NOVO CP-CR-VF620" aceptar "Incluye sistema de Alarma", ya que el sistema NOVO CP-CR-VF620 corresponde específicamente a la del equipo de Marca SNIJDERS LABS. Modelo VF620-86 ofrecido como Precio Referencial por el proveedor PROVINDUS S.A.	10-12-2021	16:04:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC	17-01-2022	15:21:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente al convocante especificar tiempo de duración requerido de cobertura del Controlador Basado en Web, ya que el costo del controlador tiene un costo mensual.	10-12-2021	16:05:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC	17-01-2022	15:22:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Contenido neto 600 litros, Solicitamos a la convocante dejar cotizar equipos con contenido neto de 550 L, de esta forma tendra mayor participacion de oferentes.	13-12-2021	07:45:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC	17-01-2022	15:22:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice Dimensiones externas (ExDxH) 1055 x 890 x 1992 mm, Solicitamos muy amablemente a la convocante poder cotizar equipos con Dimensiones externas de 880*1080*2000 mm, de esta forma podra permitir la participacion de oferentes potenciales	13-12-2021	07:49:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC	17-01-2022	15:22:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice Dimensiones internas (WxDxHx) 750 x 626 x1273 mm, Solicitamos muy amablemente a la convocante poder dejar cotizar equipos con dimensiones internas 606x738x1310 mm, de esta manera podra permitir mayor participacion de oferentes	13-12-2021	07:52:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC	17-01-2022	15:23:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Sensores de temperatura pt 1000, Solicitamos a la convocante permita cotizar con sensores de temperatura PT 100.	13-12-2021	07:54:25

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la I versión del PBC.-	17-01-2022	15:22:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice Conexión RJ45 (Internet) solicitamos muy amablemente a la convocante que este punto sea opcional.	13-12-2021	07:56:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la I versión del PBC.-	17-01-2022	15:23:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde solicitan, Sistema de activación de marcación telefónica Solicitamos a la convocante que este punto pueda ser opcional.	13-12-2021	07:59:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la I versión del PBC.-	17-01-2022	15:24:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en donde dice Incluye sistema de Alarma NOVO CP-CR-VF620. solicitamos que este punto sea Opcional	13-12-2021	08:00:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC	17-01-2022	15:25:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor confirmar si esta correcto el Rango de temperatura solicitado. Establece: Rango de Temperatura -50 °C a 86° C Debería ser -86 °C a -50°C o mejor.	10-01-2022	11:49:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la 5ta. Versión del PBC.-	20-01-2022	14:39:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Nivel de ruido 54 db (A) solicitaos poder ofertar freezer con 52 dBa para permitir la participacion de mas cantidades de oferentes.	13-01-2022	17:01:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la 5ta. Versión del PBC.-	20-01-2022	14:42:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Dimensiones externas (ExDxH) 1055 x 890 x 1992 mm solicitamos poder ofertar freezer con la siguiente medida 1039 x 845 x 1988.	13-01-2022	17:02:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la 5ta. Versión del PBC.-	20-01-2022	14:42:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Dimensiones internas (WxDxHx) 750 x 626 x1273 mm Solicitamos poder ofertar con las siguientes medidas internas: 738 x 593 x 1375. para permitir la participacion de mas oferentes.	13-01-2022	17:03:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la 5ta. Versión del PBC.-	20-01-2022	14:42:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Rango de Temperatura -50 °Ca 86° C Solicitamos poder presentar Rango de temperatura -20°C a -86°C	13-01-2022	17:05:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la 5ta. Versión del PBC.-	20-01-2022	14:42:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Refrigerantes Primera etapa: R455A / Segunda etapa: R 170 Consulta: solicitamos a la convocante aceptar refrigerante Primera Etapa R290/Segunda etapa R170	13-01-2022	17:11:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a la Adenda N° 2 y a la Versión 3 del PBC	20-01-2022	14:41:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Sistema de activación de marcación telefónica Sugerimos a la convocante dejar como opcional este punto, para permitir mayor participacion de oferentes	13-01-2022	17:13:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la 1ra. Versión del PBC.-	20-01-2022	14:40:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Requisitos 220/240 VAC, 50 hz,FUSIBLE 16 Amp.lento Consulta: solicitamos a la convocante la posibilidad de aceptar 230V, 50Hz, Fusible 20 Amp	13-01-2022	17:14:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la 5ta. Versión del PBC.-	20-01-2022	14:43:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Potencia y corriente nominal 1054 VA / 950 W / 5,0 Amp- Consulta: solicitamos poder cotizar 2000W	13-01-2022	17:15:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la 5ta. Versión del PBC.-	20-01-2022	14:43:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Consumo de energía 12,2 Kwh/24h Se puede ofertar consumo de energia 11.3 Kwh/24h	13-01-2022	17:16:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la 5ta. Versión del PBC.-	20-01-2022	14:43:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Nivel de ruido 54 dBANet solicitamos poder ofertar nivel de ruido 52 dBa	13-01-2022	17:17:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la 5ta. Versión del PBC.-	20-01-2022	14:43:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: Peso 360 Kg Solicitamos poder ofertar con 276 kilos	13-01-2022	17:19:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la 5ta. Versión del PBC.-	20-01-2022	14:43:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: Certificado CE EN61010-1: 2010, EN60601-1-2: 200. Incluye sistema de Alarma NOVO CP-CR-VF620 Consulta: solicitamos a la convocante poder presentar los siguientes certificados: Dispositivo Medico Clase IIa, EN61010-1: 2010, EN 61010-2-011 :2017	13-01-2022	17:20:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la 1ra. Versión del PBC.-	20-01-2022	14:41:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega a 60 días, tratandose de equipos importados.	13-01-2022	17:21:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la 5ta. Versión del PBC.-	20-01-2022	14:44:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente al convocante aceptar donde dice "Controlador basado en Web, El control debe ser permanente sin costo. En caso de usar chip de compañía celular asumimos el costo del uso del chip" aceptar "Controlador basado en Web, el control debe ser en tiempo real incluyendo datos de variación de temperatura, apertura y cierre de puertas. Envío de alertas por e-mail de forma automática y preprogramadas". Esto brindará al usuario un mejor seguimiento de los datos emitidos por el equipo.	14-01-2022	07:46:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a la 1ra. Versión del PBC.-	20-01-2022	14:41:16
---------------------------------------	------------	----------

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: IN SITU S.A. - RUC: 80027373-7		Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 1	
1508018831	Póliza	ASEPASA	28-01-2022	31-01-2022	30-07-2022
Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2			
1508001884	Póliza	REGIONAL SEGUROS	09-02-2022	09-02-2022	07-09-2022
Oferente: CHACO INTERNACIONAL SA - RUC: 80026564-5					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3			
1508012043	Póliza	Aseguradora del Este S.A.	09-02-2022	14-02-2022	23-08-2022
Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1					
Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 4			
15080005150	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	14-02-2022	14-02-2022	14-07-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	41103011-998	Freezer para Laboratorio				2	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IN SITU S.A. - 80027373-7	Meling	Meling	DW-HL678S	China	Ultrafreezer	130.000.000	260.000.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	B Medical Systems	B Medical Systems S.a.r.l.	U501	Luxemburgo	Freezer para Laboratorio	240.000.000	480.000.000
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	INDREL	Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense LTDA	IULT335D/590	BRASIL	Freezer para Laboratorio	284.700.000	569.400.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	ARI MEDICAL	ARI MEDICAL	ADF-86V 838E	CHINA	FREEZER PARA LABORATORIO	138.000.000	276.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Freezer para Laboratorio				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IN SITU S.A. - 80027373-7	260.000.000	14-02-2022	08:04:11.751	Propuesta
		Código Verificador:	8707aa0133459cc8f7198922fbc96a8f	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	276.000.000	14-02-2022	08:04:11.752	Propuesta
		Código Verificador:	892da3a8a526a37b4ad44af75f4ea887	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	327.286.926	14-02-2022	08:12:23.428	Recepción de Lances
		Código Verificador:	d59e759e97527b18efadb716054c93f9	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	438.000.000	14-02-2022	08:32:46.780	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c2c8f7c901d29e3cb9900077e6dc0fd	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	480.000.000	14-02-2022	08:04:11.751	Propuesta
		Código Verificador:	3d3abe881f8e194e0e44f3a2120fe1cc	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	569.400.000	14-02-2022	08:04:11.749	Propuesta
		Código Verificador:	b0edb469d86aed42ed1e98c53c750d09	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Freezer para Laboratorio	
Oferente	Mejor Precio
IN SITU S.A. - 80027373-7	260.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	276.000.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	327.286.926
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	438.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80027373-7 - IN SITU S.A.	
Item	Precio Ganador
1 - Freezer para Laboratorio	260.000.000

Listado de Mensajes

1 - Freezer para Laboratorio		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-02-2022	08:10:22.613
Buenos días, comenzamos la Subasta.	14-02-2022	08:10:35.371
Señores esperamos mejores ofertas.	14-02-2022	08:10:38.086
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	14-02-2022	08:25:18.287
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-02-2022	08:26:05.897
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-02-2022	08:26:27.788
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-02-2022	08:32:28.035
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-02-2022	08:39:55.098
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-02-2022	08:39:55.211

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.