

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 406092

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:34 del día 6/6/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 406092 - ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO de la Institución:

Código Verificador: 134a2562185576d82649d6204a47509d

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio del Interior
UOC:	Policia Nacional
Código SICP:	1050

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde indican: tiempo de entrega de 30 días hábiles, solicitamos respetuosamente ampliar este tiempo de entrega a 60 días hábiles desde la recepción de la orden de compra		16-05-2022	08:47:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El plazo de entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones es en base a la necesidad del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		25-05-2022	11:19:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior. SOLICITAMOS permitan cotizar equipos con pantallas LED o LCD de 21" de manera a dar mayor participación, y además no hace a una diferencia importante en la prestación.		16-05-2022	08:50:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		25-05-2022	11:20:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo. SOLICITAMOS permitan cotizar equipos con pantalla táctil de 13" pulgadas de manera a dar mayor participación y más cotizaciones de ofertas, además no hace mucha diferencia en la medida y en la prestación del equipo, sino más bien van atadas a especificaciones de cada fabricante.		16-05-2022	08:52:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente adecuarse a los solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		25-05-2022	11:21:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

DONDE SOLICITAN: Botones editables para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales. SOLICITAMOS respetuosamente, no dirigir a equipos con especificaciones que solo cumple la marca Mindray con su modelo DC-80A, favor considerar este punto como OPCIONAL de manera a dar mayor participación y más ofertas a evaluar. Además esta especificación no hace a una mayor prestación al paciente.	16-05-2022	08:56:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirán al menos 6 Botones programables para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda	25-05-2022	11:23:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 1 TB. SOLICITAMOS permitan cotizar equipos con almacenamiento en SSD y/o HDD de un 1TB, para dar mayor participación y más ofertas a evaluar, atendiendo que se están diferenciando solo en el tipo de tecnología, la capacidad solicitada es siempre la misma de 1TB.	16-05-2022	08:59:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán admitidos equipos con Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 512GB. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	11:25:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Sistema Operativo Windows 10. SOLICITAMOS respetuosamente, no limitar la participación estableciendo marcas para los tipos de sistemas operativos. Cada fabricante, opta por uno u otro sistema operativo, esto no hace a una mejor prestación y manejo del equipo, por lo que solicitamos esta especificación como sigue: "Sistema Operativo Windows 10 o Linux u otro sistema operativo según cada fabricante"	16-05-2022	09:03:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán sistemas operativos nativos de origen, según cada fabricante, de preferencia Windows 10. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	11:26:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Software de examen automático de corazón fetal basada en tecnología de navegación inteligente. SOLICITAMOS respetuosamente no dirigir las especificaciones a la marca Mindray, Modelo DC-80A, y más llamativo aún es que solicitan el software y no el transductor, evidenciando el direccionamiento del llamado. Solicitamos que este punto sea considerado como OPCIONAL de manera a no llegar a una protesta.	16-05-2022	09:06:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se modifica por: Software de examen automático de corazón fetal basada en tecnología de navegación inteligente. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	11:27:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Software de medición automática de translucencia Intracraneal. SOLICITAMOS respetuosamente, considerar esta especificación de la siguiente manera: "Software de medición automática y/o manual de translucencia Intracraneal", de manera a dar mayor participación y no dirigir el llamado a una sola marca y modelo.	16-05-2022	09:09:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se modifica por: Software de medición de translucencia Intracraneal. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	11:28:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: Software de visualización avanzada de información morfológica con flujo hemodinámico. SOLICITAMOS respetuosamente considerar este punto como OPCIONAL, ya que la misma solo direcciona a la marca Mindray Modelo DC-80A, y además ni siquiera se solicita el transductor correspondiente para la aplicación de este software lo que deja al descubierto el direccionamiento	16-05-2022	09:12:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Existen varias marcas con estas opciones, en las líneas de gamas superiores de equipos, que es el perfil requerido. Se solicita al Oferente adecuarse a los solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	11:29:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE SOLICITAN: 01 Transductor convexo volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2-8 MHz o superior. SOLICITAMOS respetuosamente no direccionar las características de los transductores a una marca Mindray, y al modelo DC-80A, por lo que solicitamos permitan cotizar equipos con transductores convexo volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2-7 Mhz, como se podrá notar la diferencia es mínima y permitiría mayor participación.	16-05-2022	09:15:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se modifica por: 01 Transductor convexo volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2-6 MHz o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		25-05-2022	11:33:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas, sugerimos disminuir a 13 pulgadas como mínimo para mayor participación de oferentes, 2 pulgadas más en tamaño del touch no determina la calidad del equipo, lo importante es la utilidad que pueda tener		16-05-2022	10:37:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		25-05-2022	11:33:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice rango dinámico de 240 db o superior, sugerimos solicitar rango dinámico mínimo de 360 db o superior dado que por todas las opciones que se está solicitando. 240 db es un rango insuficiente para obtener la calidad de imagen necesaria, especialmente con la resolución de imagen en pacientes obesos.		16-05-2022	10:41:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dicha especificación es acorde a la necesidad solicitada por los profesionales médicos, y a fin de permitir el acceso a mayor cantidad de participantes. Se solicita al Oferente adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		25-05-2022	11:34:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice 5 puertos para conexión de transductores, solicitamos que modifivar por 4 puertos para transductores dado, considerando que están solicitando 4 transductores y también para mayor participación de oferentes.		16-05-2022	10:43:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se admitirán 4 (Cuatro) puertos activos como mínimo para conexión de transductores. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		25-05-2022	11:36:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice puertos USB para conexión de periféricos al menos 6, sugerimos disminuir a 4 para mayor participación de oferentes		16-05-2022	10:48:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Puertos USB para conexión de periféricos al menos 4. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		25-05-2022	11:37:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice profundidad a 40 cm, solicitamos profundidad superior a 50 cm para que este acorde a la calidad del equipo solicitado, una profundidad inferior determina la calidad de penetración del haz de ultrasonido especialmente en pacientes obesos, población mayoritaria del Paraguay		16-05-2022	10:52:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dicha especificación es acorde a la necesidad del hospital y a fin de permitir el acceso a mayor cantidad de participantes. Se solicita al Oferente adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		25-05-2022	11:38:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice puertos USB para conexión de periféricos al menos 6, sugerimos disminuir a 4 para mayor participación de oferentes		16-05-2022	10:52:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Puertos USB para conexión de periféricos al menos 4. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		25-05-2022	11:39:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice transductor convexo con rango de frecuencia de 2 a 8 Mhz con campo de apertura de 70, sugerimos con rango de frecuencia a partir de 1 a 7, ya que llegando a 1 Mhz optimizara la profundidad de los haces de ultrasonido, solicitamos campo de apertura a partir de 66 para mayor participación de oferentes.		16-05-2022	10:53:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se admitirá Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 6 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		25-05-2022	11:40:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Batería incorporada con capacidad de 240 minutos, sugerimos disminuir a 40 minutos de escaneo		16-05-2022	10:55:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se admitirá Batería incorporada con capacidad de 120 minutos para scaneo continuo y 12 horas en modo de espera. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	11:41:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: ...//... AÑOS 2018-2019-2020...//... Se sugiere a la Convocante el cierre del ejercicio fiscal 2021 para la acreditación de capacidad financiera. -	16-05-2022	16:48:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2021 aún no han sido presentados ante la SET por el plazo establecido en las reglamentaciones tributarias.	25-05-2022	11:42:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: Existencia Legal de por lo menos 3 (tres) años de antigüedad. Demostrar haber suministrado satisfactoriamente equipos médicos para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2019, 2020 y 2021) en un porcentaje equivalente del 50% del monto total ofertado. Se solicita la corrección pues menciona cómo últimos tres años 2018-2019-2020; y debería ser 2019-2020-2021.- Además se solicita aclaración si será en sumatoria de los últimos 3 años, o en cualquiera de los últimos tres años siempre que en sumatoria alcancen el porcentaje requerido.-	16-05-2022	16:48:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con relación a los tres últimos años se puede ver en la segunda versión del PBC se solicita de los años 2019-2020-2021. Además, se aclara que podrá ser cualquiera de los últimos tres años, siempre que en sumatoria alcancen el porcentaje requerido.	25-05-2022	11:44:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta a la Convocante la posibilidad de contemplar la Constancia SIPE para acreditar las documentaciones solicitadas para el pago, siempre y cuando estas se encuentren en estado Activo o Histórico conforme lo establece la Res. DNCP N° 1993/2018.-	16-05-2022	16:49:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Constancia de SIPE es un documento válido para los procesos de contratación o administrativo como lo establece la Res. DNCP N° 1993/2018, por lo tanto, se podrá adjuntar la constancia de SIPE con las solicitudes de pagos correspondientes.	25-05-2022	11:53:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor reducir el porcentaje de multas por día de atraso a 0,01 %.-	16-05-2022	16:49:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El porcentaje de multas es a fin de garantizar que los bienes requeridos sean realizados de manera oportuna y evitar demoras en la entrega del bien durante la ejecución del contrato. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	11:54:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante contemplar el pago de anticipo del 20% teniendo en cuenta el monto del contrato y el plazo para la entrega de los bienes.-	16-05-2022	16:49:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se va a otorgar anticipos. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	11:55:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 10 (diez) días hábiles contados a partir de la comunicación del rechazo: Solicitamos amablemente a la convocante: - Considerar 15 días hábiles, tiempo real en el que se pueden realizar las gestiones de importación de piezas, flete aéreo y despacho, considerando que todos los repuestos son importados únicamente de origen, ya que los mismos deben ser originales y con la garantía del Fabricante. - Reemplazar la frase de comunicación del rechazo por contados a partir de la notificación del inconveniente presentado.	16-05-2022	16:50:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, el bien objeto de la licitación será utilizado en el servicio de ecografía del hospital que tiene una gran cantidad de pacientes que acuden para los estudios, el plazo solicitado se base en la necesidad del hospital.	25-05-2022	11:57:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: El periodo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente: 3 (tres) años como mínimo Solicitamos a la convocante: 1. Excluir los transductores ya que los mismos son considerados como materiales de desgastes y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante. 2. Aclarar que la garantía no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes natural.	16-05-2022	16:50:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, el periodo de validez de la Garantía de los bienes solicitados es a fin de garantizar la compra y brindar tranquilidad a todos los asegurados del hospital, y de los médicos que van a utilizar el equipo. Además, cabe aclarar que la garantía requerida no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización y golpes, sino por desperfectos de fabrica que pudiera sufrir el equipo por el periodo mínimo requerido.	25-05-2022	11:57:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC menciona: recepción definitiva: El bien entregado será objeto de revisión por parte de la Convocante, y ante la satisfacción de los controles realizados, se labrara ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA del bien entregado en un plazo mínimo de 30 (treinta) días. Una vez entregado todos los bienes adjudicados, el oferente deberá solicitar la emisión de la CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, nota mediante acompañado de la documentación que demuestre el cumplimiento. Se solicita a la convocante que el Acta de recepción definitiva sea labrada al momento de la entrega del equipo.	16-05-2022	16:51:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, la documentación requerida es fin de certificar la entrega efectiva y definitiva del bien objeto de la licitación.	25-05-2022	11:58:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC menciona: Servicio técnico: El Oferente deberá incluir en su garantía, la realización de mantenimientos periódicos preventivos según protocolo del fabricante. Deberá incluir los materiales, insumos y repuestos sin costo para la convocante, durante el periodo de la garantía. Si la reparación del bien adjudicado requiere un tiempo mayor a 72 horas, el oferente deberá entregar en carácter de préstamo sin costo para la convocante, de un equipo similar o superior, mientras dure la reparación del equipo retirado. Si el equipo entregado resultare afectado por falta de mantenimiento preventivo según protocolo y durante la garantía, el oferente será responsable de la reparación y/o sustitución del mismo, sin costo para la Convocante. Se solicita a la convocante, excluir este apartado del PBC, ya que en el caso de que el equipo precise de repuestos para su reparación, el plazo debe regirse por el Plazo de Reposición de Bienes, la cual se contradice al plazo mencionado de 72 horas. Así también el hecho de contar con otro equipo de similares características en stock, implicaría un costo adicional que encarecería el precio final del equipo.	16-05-2022	16:57:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones. La garantía en cuanto a servicio técnico solicitado es fundamental, teniendo en cuenta que es un hospital y no se puede cancelar estudios que vienen de carácter de urgencia, en el caso que no funcione el equipo por falta de asistencia técnica.	25-05-2022	11:58:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en el Pliego de Bases y Condiciones se indica que las visitas al sitio NO APLICAN En base a las características del equipo solicitado y la importancia de que el sitio de instalación cumpla con las condiciones eléctricas que permitan el correcto funcionamiento e instalación. Solicitamos a la convocante detallar la sala designada para el equipo e incluir la realización de una visita de verificación. Así también permitirá determinar los costos para las adecuaciones estructurales necesarias.	16-05-2022	16:58:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No aplica la Visita Técnica, teniendo en cuenta que el equipo requerido no requiere de una instalación especializado ni altera partes edilicias. Además, el bien requerido se va a instalar en la misma sala de ecografía del hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	11:59:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 23"(pulgadas), medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior. Solicitamos diga: Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 21"(pulgadas), medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° para dar mayor participación a los oferentes	16-05-2022	18:22:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	11:59:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Pantalla táctil de 13 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo, solicitamos permita ofertar equipos con Pantalla táctil de 10 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo, esto no repercutirá en la capacidad de diagnóstico del equipo y permitirá una mayor participación de oferentes traduciéndose en mejores precios para la convocante	16-05-2022	18:27:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	12:00:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde Dice Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior. Solicitamos a la convocante No direccionar hacia la marca Mindray con su Equipo Resona i9, y dejar cotizar equipos de Pantalla de 21" pulgadas como mínimo, así de esta forma podra tener mayor cantidad de oferentes potenciales	17-05-2022	05:31:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	12:00:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice, Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo; Solicitamos muy amablemente a la convocante que este requerimiento quede da la siguiente manera Pantalla táctil de alta sensibilidad de 12" pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo. Así de esta la convocante No estaría dirigiendo a equipos representados por la empresa DEZETA	17-05-2022	05:31:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	12:01:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 1 TB. Solicitamos a la convocante dejar cotizar equipos de 512 GB, este requerimiento no afectaría en nada a la calidad de imagen y rendimiento del equipo y reiteramos a la convocante no dirigir hacia una marca de equipo contradiciendo a La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Artículo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor	17-05-2022	05:32:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán admitidos equipos con discos SSD con capacidad de 512GB. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	12:01:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Puertos USB para conexión de periféricos al menos 6. Solicitamos a la convocante dejar este punto de la siguiente manera "Puertos USB para conexión de periféricos". De forma podra tener mayor cantidad de oferentes. Y no estaría la convocante contradiciendo a La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS en su Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES en el Inciso B) menciona lo siguiente; b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.	17-05-2022	05:32:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Puertos USB para conexión de periféricos al menos 4. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	12:01:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Al menos 40.000.000 de canales de procesamiento. Solicitamos a la convocante dejar cotizar de al menos con 4 millones de canales de procesamiento totalmente digitales, de esta forma la convocante no estaría dirigiendo a una sola Marca de equipo que sería Mindray con su modelo Resona i9. Por lo expresado solicitamos a la convocante modifiquen este requerimiento	17-05-2022	05:32:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Existen varias marcas con estas opciones, en las líneas de gamas superiores de equipos, que es el perfil requerido por el hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	12:02:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice 5 (cinco) puertos activos, solicitamos permita ofertar equipos con 4 (cuatro) puertos activos, considerando que solo solicitan 4 transductores	17-05-2022	06:38:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para la conexión de transductores considerar 4 puertos activos o mas. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	12:02:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice Puertos USB para conexión de periféricos al menos 6, solicitamos diga Puertos USB para conexión de periféricos al menos 4	17-05-2022	06:41:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Puertos USB para conexión de periféricos al menos 4. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	12:03:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Al menos 40.000.000 de canales de procesamiento, solicitamos permita ofertar equipos con al menos 40.000.000 de canales de procesamiento,	17-05-2022	06:45:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Existen varias marcas con estas opciones, en las líneas de gamas superiores de equipos, que es el perfil requerido. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	12:56:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Software para grabación de estudio en simultaneo, solicitamos que este punto sea opcional	17-05-2022	06:49:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	12:57:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Transductor convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 8 Mhz con campo de apertura de al menos 70° o superior, solicitamos diga: Transductor convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 8 Mhz con campo de apertura de al menos 63° o superior,	17-05-2022	07:20:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirá Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 6 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	12:57:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Transductor lineal con rango de frecuencia de al menos 3-13Mhz, solicitamos diga Transductor lineal con rango de frecuencia de al menos 4-13Mhz	17-05-2022	07:23:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se necesita Transductor lineal de amplio espectro, para un mejor diagnostico a pacientes con antecedentes de diversas patologías. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	12:59:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TECNICA. a) En caso de representante o distribuidor presentar una carta del fabricante del producto debidamente firmada por una autoridad del mismo, deberan estar en idioma español o en su caso traducido por traductor público matriculado Solicitamos agregar que este documento debe estar apostillado o consularizado en el país de origen e inscripto en el Registro Público de Comercio	17-05-2022	10:48:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, el PBC estable que la oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.	25-05-2022	12:59:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Rango dinámico de al menos 240 dB o superior, recomendamos solicitar Rango dinámico de al menos 350 dB o superior, Teniendo en cuenta los softwares especiales solicitados un Rango Dinámico de 240 es insuficiente	17-05-2022	10:54:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dicha especificación es acorde a la necesidad solicitada por los profesionales médicos, y a fin de permitir el acceso a mayor cantidad de participantes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	12:59:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Garantía: 36 meses como mínimo Considerando que por lo general la garantía del fabricante es de 12 meses, solicitamos disminuir este requerimiento a Garantía: 24 meses contra desperfectos de fabricación.	17-05-2022	11:35:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, el periodo de validez de la Garantía de los bienes solicitado es a fin de garantizar la compra y brindar tranquilidad a todos los asegurados del hospital, y de los médicos que van a utilizar el equipo. Además, cabe aclarar que la garantía requerida no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización y golpes, sino por desperfectos de fabrica que pudiera sufrir el equipo por el periodo mínimo requerido.	25-05-2022	13:00:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo. - Solicitamos permitan cotizar equipos con pantalla táctil de 10 pulgadas como mínimo integrada a la consola del equipo para acceso a las principales funciones del equipo, que permita manipular las rotaciones del volumen 3D/4D sobre el touch screen, realizar rotaciones, magnificación y edición de la imagen, Permitiendo incrementar la productividad del procesamiento de los volúmenes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	17-05-2022	11:35:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:00:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Botones editables para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales. De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos modificar este requerimiento por: Al menos 6 Botones físicos programables por el usuario para las preferencias de documentación: Guardar, Enviar DICOM, Imprimir, Comprobar, Longitud de cine, jpeg, etc	17-05-2022	11:36:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirán al menos 6 Botones programables para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:01:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 1 TB. De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos modificar este requerimiento por: Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD o HDD de al menos 500 GB.	17-05-2022	11:36:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán admitidos equipos con Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 512GB. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:02:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Rango dinámico de al menos 240 dB o superior Considerando que este parámetro esta relacionado con la calidad de imágenes y debe permitir al usuario la variación del mismo de acuerdo al tipo de estudio a realizar sugerimos soliciten Rango dinámico de al menos 260 dB o superior.	17-05-2022	11:36:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dicha especificación es acorde a la necesidad solicitada por los profesionales médicos, y a fin de permitir el acceso a mayor cantidad de participantes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:02:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 5 (Cinco) puertos activos como mínimo para conexión de transductores. De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos modificar este requerimiento por: 4 (Cuatro) puertos activos para conexión de transductores.	17-05-2022	11:37:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirán 4 (Cuatro) puertos activos como mínimo para conexión de transductores. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:02:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Puertos USB para conexión de periféricos al menos 6. De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos modificar este requerimiento por: Puertos USB para conexión de periféricos al menos 5 (cinco).	17-05-2022	11:37:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Puertos USB para conexión de periféricos al menos 4. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:02:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Al menos 40.000.000 de canales de procesamiento. De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos modificar este requerimiento por: Al menos 1.700.000 de canales de procesamiento	17-05-2022	11:37:41

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Existen varias marcas con estas opciones, en las líneas de gamas superiores de equipos, que es el perfil requerido por el hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:03:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real en QUAD VIEW De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos modificar este requerimiento por: Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real.	17-05-2022	11:37:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirá : Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real y funcion de QUAD VIEW disponible para imágenes en revisión. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:03:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real en QUAD VIEW De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos modificar este requerimiento por: Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real.	17-05-2022	11:38:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirá: Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real y función de QUAD VIEW disponible para imágenes en revisión. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:04:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: FSI (Imagen de espectro completo) FSI SOFTWARE PROPIEDAD DE LA MARCA SAMSUNG, - no pudiendo ser la misma utilizada por otros fabricantes. Por lo que solicitamos eliminar este requerimiento de manera a garantizar la libre competencia	17-05-2022	11:38:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita software para el manejo de frecuencias fundamentales y armónicas. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:04:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Software de navegación inteligente que proporciona mediciones automáticas del cerebro fetal a través vistas transversales del cerebro fetal STIC Sugerimos modificar este requerimiento por: - Software para la adquisición y evaluación del corazón fetal STIC. (Adquisición bidimensional y doppler color) Herramienta que genera automáticamente los planes de corazón fetal axiales y sagitales a partir de la adquisición de STIC. Paquete de medidas para la evaluación de corazón fetal Z-Score. Y graficas de percentil para Vmax Aorta, Vmax Pulmonar, Relación E/A Mitral, Relación E/A Tricuspid e índice de TEI.	17-05-2022	11:38:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta herramienta otorgará mayor respaldo al profesional médico en el momento de la evaluación al paciente. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:04:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Software de medición automática de tiroides -Software de medición automática de mamas De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes solicitamos eliminar este requerimiento.	17-05-2022	11:39:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita el Software de medición de tiroides y mamas, de preferencia automáticos a fin de lograr una mayor productividad. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:05:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Asistente para biometría automática Sugerimos modificar este requerimiento por: - Herramienta que permita la medición automática de las estructuras básicas de Obstetricia para generación de peso fetal (DBP, CC, CA, FL y HL), de manera a evitar ambigüedad en la interpretación del requerimiento solicitado	17-05-2022	11:39:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:05:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Imagen 3D/4D/ 5D en tiempo real e imágenes realistas con direccionador de fuente de luz seleccionable por el usuario. 5D en tiempo real Es nombre comercial DE LA MARCA SAMSUNG,. Por lo que solicitamos modificar este requerimiento por: Imagen 3D/4D con cambios de iluminación desde fuente ajustable, de manera a garantizar la libre competencia.	17-05-2022	11:39:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Imagen 3D/4D en tiempo real e imágenes realistas con direccionador de fuente de luz seleccionable por el usuario. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:06:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos soliciten: Imagen de visión extendida o ampliada en modo 2D en transductores lineales y curvos para realizar observaciones y mediciones de secciones anatómicas cuyo tamaño supere la pantalla normal.	17-05-2022	11:40:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos visión extendida o ampliada, para realizar observaciones y mediciones cuyo tamaño supere la pantalla normal. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:06:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 01 Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 8 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior. Sugerimos soliciten: 01 Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 5 MHz con campo de apertura de al menos 110° o superior.	17-05-2022	11:40:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirá Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 6 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:07:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3-13 MHz o superior Sugerimos soliciten: 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 4-12 MHz o superior	17-05-2022	11:40:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se necesita Transductor lineal de amplio espectro, para un mejor diagnóstico a pacientes con antecedentes de diversas patologías. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:07:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2 - 9 MHz o superior Sugerimos soliciten: 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 4 - 9 MHz o superior con campo de apertura de al menos 179° o superior.	17-05-2022	11:40:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirá: 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 3 - 8 MHz o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:07:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Calentador de Gel integrado al equipo De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos eliminar este requerimiento.	17-05-2022	11:41:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Existen varias marcas con estas opciones, en las líneas de gamas superiores de equipos, que es el perfil requerido por el hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:07:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Batería incorporada al equipo con capacidad de 240 minutos para scaneo continuo, y 24 horas en modo de espera. De manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes, solicitamos permitan cotizar equipos con Batería incorporada al equipo con capacidad de 20 minutos para escaneo continuo.	17-05-2022	11:41:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirá Batería incorporada con capacidad de 120 minutos para scaneo continuo y 12 horas en modo de espera. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:09:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra" solicitamos amablemente a la convocante cambiar a La firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 75 (setenta y cinco) días hábiles posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra, Teniendo en cuenta la situación logística global a la cual nos enfrentamos actualmente y que los equipos se fabrican una vez ingresada la orden de compra, para posteriormente ser importados.	17-05-2022	14:36:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El plazo de entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones es en base a la necesidad del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:09:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice "Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior", solicitamos amablemente a la convocante ofertar equipos con "Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 170° o superior" debido a que la diferencia es mínima y no afecta el desempeño del equipo, además de considerar que esta medida puede variar entre las diferentes marcas	17-05-2022	14:37:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:10:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Software de medición automática de translucencia Intracraneal, solicitamos muy amablemente a la convocante Omitir automática, debido a que está dirigiendo a una marca de equipo, por lo que solicitamos este punto pueda quedar de la siguiente manera, Software de medición de translucencia Intracraneal.	17-05-2022	14:38:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se modifica por: Software de medición de translucencia Intracraneal. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:10:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Función de imagen: Derecha/Izquierda, Arriba/Abajo, división de pantalla en 2 (dos) y 4 (cuatro) imágenes Solicitamos a la convocante solicitar de manera opcional 4 (cuatro) imágenes.	17-05-2022	14:38:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dicha especificación es acorde a la necesidad solicitada por los profesionales médicos. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:11:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice 01 Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 8 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior, Solicitamos a la convocantes no dirigir a transductores de la Marca Mindray, debido a que solo ellos cumplirían con el requerimiento y se contradice a los establecido por la Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS en su Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES en el Inciso B) menciona lo siguiente; b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. por lo requerimos que modifiquen este punto y se puedan ofertar transductores convexos de 2 a 5 Mhz. de esta forma se tendrá mayor cantidad de oferentes.	17-05-2022	14:39:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirá Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 6 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:12:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3-13 MHz o superior, Solicitamos a la convocante dejar ofertar transductores de rango de frecuencia de 3 a 4 Mhz de esta forma se tendrá mayor cantidad de oferentes potenciales.	17-05-2022	14:39:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se necesita Transductor lineal de amplio espectro, para un mejor diagnostico a pacientes con antecedentes de diversas patologías. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:12:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo" Solicitamos amablemente a la convocante ofertar equipos con "Pantalla táctil de alta sensibilidad de 13 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo", debido a que la diferencia es mínima y no afecta el desempeño del equipo, permite igualmente, total acceso a las herramientas del menú, mediciones y funciones del equipo	17-05-2022	14:39:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:12:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Calentador de Gel integrado al equipo, Solicitamos a la convocante que este punto sea opcional no todos los fabricantes realizan esta característica diferenciadora que solo hace eliminar oferentes y ser dirigidas.	17-05-2022	14:40:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Existen varias marcas con estas opciones, en las líneas de gamas superiores de equipos, que es el perfil requerido por el hospital. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:13:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2 - 9 MHz o superior. Solicitamos a la convocante permita cotizar transductores con frecuencia de 3 a 9 Mhz así de esta forma podrá tendrá mayor cantidad de oferentes potenciales	17-05-2022	14:40:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirá 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 3 - 8 MHz o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:13:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde Software de medición automática de folículos mediante tecnología tridimensional, solicitamos a la convocante que omita el automático, y el punto quede de la siguiente manera, Software de medición de folículos .	17-05-2022	14:40:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se modifica por: Software de medición de folículos mediante tecnología tridimensional. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:14:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 1 TB" Solicitamos amablemente a la convocante ofertar equipos con " Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 500GB", ya que la capacidad de los discos varía ampliamente entre las diferentes marcas, esta diferencia no afecta el normal desempeño del equipo ni las funciones de almacenamiento	17-05-2022	14:40:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán admitidos equipos con Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 512GB. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:14:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Al menos 40.000.000 de canales de procesamiento", solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Al menos 8.800.000 de canales de procesamiento", ya que llama la atención el valor asignado a esta característica, que solo estarían cumpliendo marcas como Philips y Samsung, que basan sus canales en la tecnología que utilizan, pudiendo ser diferente en las otras marcas del mercado, sin que esto represente menor capacidad de procesamiento o calidad de imagen.	17-05-2022	14:41:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Existen varias marcas con estas opciones, en las líneas de gamas superiores de equipos, que es el perfil requerido por el hospital. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:15:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Software de medición automática de tiroides, solicitamos muy amablemente a la convocante Omitir el pedido automático para que tenga mayor cantidad de oferentes y punto pueda quedar de la siguiente manera, Software de medición de tiroides	17-05-2022	14:41:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se modifica Software de medición de tiroides y mamas, de preferencia automáticos a fin de lograr una mayor productividad. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:16:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real en QUAD VIEW" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos que cuenten con la función de "Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real y con la función de QUAD VIEW disponible para imágenes en revisión" debido a que esta característica no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, permitiendo así una mayor participación de oferentes.	17-05-2022	14:41:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirá: Modo Tríplex (B, Color, Doppler PW) en tiempo real y funcion de QUAD VIEW disponible para imágenes en revision. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:17:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Software de medición automática de mamas, solicitamos a la convocante se pueda omitir el pedido de automático para tener mayor cantidad de oferentes posibles y el punto quede de la siguiente manera Software de medición de mamas.	17-05-2022	14:41:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se modifica Software de medición de tiroides y mamas, de preferencia automáticos a fin de lograr una mayor productividad. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:17:18

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice " FSI (Imagen de espectro completo)" solicitamos amablemente a la convocante aclarar si La Función de FSI ¿podría considerarse como software de eliminación de speckle? Debido a que el FSI (Imagen de espectro completo) corresponde a un software de la marca Samsung.	17-05-2022	14:41:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita software para el manejo de frecuencias fundamentales y armónicas. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:17:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Software para transferencia de Imagen y clips a dispositivos móviles", solicitamos amablemente a la convocante que dicha característica sea opcional debido a que es una característica que solo posee la marca SAMSUNG.	17-05-2022	14:42:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Existen varias marcas con estas opciones, en las líneas de gamas superiores de equipos, que es el perfil requerido por el hospital. Se solicita al Oferente adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:18:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Función de imagen: Derecha/Izquierda, Arriba/Abajo, división de pantalla en 2 (dos) y 4 (cuatro) imágenes" solicitamos amablemente a la convocante ofertar equipos con: "Función de imagen: Derecha/Izquierda, Arriba/Abajo, división de pantalla en 2 (dos) y 4 imágenes en revisión"	17-05-2022	14:42:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirá Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 6 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:19:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "01 Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 8 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar "01 Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2,5 a 8 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior" debido a que la diferencia es mínima y no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, permitiendo así una mayor participación de oferentes.	17-05-2022	14:42:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se necesita Transductor lineal de amplio espectro, para un mejor diagnóstico a pacientes con antecedentes de diversas patologías. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:19:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3-13 MHz o superior" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar "01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 5-13 MHz o superior" debido a que la diferencia es mínima y no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, permitiendo así una mayor participación de oferentes.	17-05-2022	14:42:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirá: 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 3 - 8 MHz o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:20:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2 - 9 MHz o superior " solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar "01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 3 - 8 MHz o superior " debido a que la diferencia es mínima y no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, permitiendo así una mayor participación de oferentes.	17-05-2022	14:43:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirá: 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 3 - 8 MHz o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:21:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "01 Transductor convexo volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2-8 MHz o superior" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar "01 Transductor convexo volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2-6,5 MHz o superior" debido a que la diferencia es mínima y no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, permitiendo así una mayor participación de oferentes.	17-05-2022	14:43:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se modifica por: 01 Transductor convexo volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2-6 MHz o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:21:37
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan 5 (Cinco) puertos activos como mínimo para conexión de transductores. Solicitamos que este punto pueda ser modificado por ser direccionado a una sola marca de equipo representado por DEZETA, y se contradice a los dispuesto por La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Artículo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor, y este punto quede en puertos activos 4 (cuatro) como mínimo.	17-05-2022	14:48:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirán 4 (Cuatro) puertos activos como mínimo para conexión de transductores. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:21:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Software de para grabación de estudio en simultáneo, recomendamos modificar por Software de Seguimiento o que las imágenes y clips de archivos puedan compararse con la adquisición en tiempo real	20-05-2022	09:41:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales médicos y pacientes. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:22:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Transductor endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2 -9MHz o superior, solicitamos diga: Transductor endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 3 -9MHz o mejor,	20-05-2022	10:43:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirá: 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 3 - 8 MHz o superior. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:22:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Batería incorporada al equipo con capacidad de 240 minutos para escaneo continuo y 24 horas en modo de espera , solicitamos diga: Batería incorporada al equipo con autonomía de 60 minutos para escaneo continuo y 24 horas en modo de espera	20-05-2022	11:16:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirá Batería incorporada con capacidad de 120 minutos para scaneo continuo y 12 horas en modo de espera. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:23:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor aclarar a que se refiere con Software de medición automática de Tiroides	20-05-2022	11:24:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se modifica Software de medición de tiroides y mamas, de preferencia automáticos a fin de lograr una mayor productividad. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	25-05-2022	13:23:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC. Detalla lo siguiente: La firma adjudicada debera entregar el bien en un plazo no mayor a 30 dias habiles posteriores a la recepcion por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra. Solicitamos amablemente a la convocante puedan modificar este punto por lo siguiente: La firma adjudicada debera entregar el bien en un plazo no mayor a 60 dias habiles posteriores a la recepcion por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra.	20-05-2022	12:52:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El plazo de entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones es en base a la necesidad del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:24:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3-13Mhz o superior, solicitamos diga: Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 4-13Mhz o mejor,	20-05-2022	13:23:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se necesita Transductor lineal de amplio espectro, para un mejor diagnostico a pacientes con antecedentes de diversas patologías. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	25-05-2022	13:24:18

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Transductor Convexo con rango de frecuencia de al menos 2 a 8 Mhz con campo de apertura de al menos 70°, solicitamos diga:ransductor Convexo con rango de frecuencia de al menos 2 a 8 Mhz con campo de apertura de al menos 60°		20-05-2022	13:24:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se admitirá Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 6 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior		25-05-2022	13:24:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas y justifican diciendo...Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes...la pantalla táctil no se utiliza para la apreciación de imagen ni con fines de diagnóstico, para ese fin esta la pantalla principal, favor tener en cuenta que en la pantalla táctil se encuentran el listado de las herramientas y controles que pueden ser utilizadas de acuerdo a la aplicación seleccionada, este punto fue consultado por varios posibles oferentes por lo cual solicitamos amablemente a la convocante considerar modificar por Pantalla táctil de alta sensibilidad de 12 o mayor , de esta manera se permitirá mayor participación de oferentes permitiendo a la convocate evitar sobrecostos al limitar la participación a uno o dos oferentes		25-05-2022	16:34:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para practicidad de los profesionales médicos para una mejor optimización de los imágenes de estudio, ya que en ella se ubicara la botonería para mejorar la calidad de la imagen. Además, el perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		01-06-2022	13:40:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan software para grabación en simultaneo, solicitamos que este punto sea opcional para dar mayor participación a los oferentes		25-05-2022	17:09:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		01-06-2022	13:41:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice pantalla tactil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo, solicitamos disminuir a 13 pulgadas como minimo para mayor participacion de oferentes, 2 pulgadas menos en tamaño del touch no afectará la calidad ni capacidad de diagnostico del equipo		26-05-2022	16:42:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para practicidad de los profesionales médicos para una mejor optimización de los imágenes de estudio, ya que en ella se ubicara la botonería para mejorar la calidad de la imagen. Además, el perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		01-06-2022	13:41:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice transductor convexo con rango de frecuencia de 2 a6Mhz con campo de apertura de 70° o superior solicitamos permita ofertar transductor convexo con rango de frecuencia de 2 a6Mhz con campo de apertura de 65° o superiore para mayor participacion de oferentes.		26-05-2022	17:41:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		01-06-2022	13:42:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Batería incorporada al equipo con capacidad de 120 minutos para escaneo continuo, y 12 horas en modo de espera, solicitamos diga Batería incorporada al equipo con capacidad de 40 minutos para escaneo continuo, y 12 horas en modo de espera		26-05-2022	17:44:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		01-06-2022	13:42:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Botones editables, al menos 6 (Seis) para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales, solicitamos diga Botones editables, al menos 3 (tres) para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales.		26-05-2022	17:46:02

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	01-06-2022	13:43:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Botones editables, al menos 6 (Seis) para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales, solicitamos diga Botones editables, al menos 5 (cinco) para agregar, eliminar o mover botones con gestos definidos por el usuario con dos dedos para más funciones, como congelar, imprimir, activar modos de imagen específicos, mediciones y algunas otras funciones especiales. .	27-05-2022	11:10:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	01-06-2022	13:43:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Pantalla de 23 pulgadas Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con una pantalla de 19mpulgadas como minimo. esto se debe a que permitiria mayor participacion de oferentes.	27-05-2022	13:14:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	01-06-2022	13:44:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Panel de control retroiluminado con movimientos en altura y desplazamiento lateral. Solicitamos amablemente esto sea opcional ya que no desvia sustancialmente la ffuncionalidad tecnica del equipo	27-05-2022	13:20:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	01-06-2022	13:44:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: Panel de control retroiluminado con movimientos en altura y desplazamiento lateral. Solicitamos amablemente esta eett sea opcional debido a que no afecta sustancialmente a las especificaciones tecnicas ni a ala funcionalidad del equipo.	27-05-2022	13:26:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	01-06-2022	13:46:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice:Teclado físico alfanumérico para carga de datos del paciente con configuración en español o Latinoamérica Solicitamos se cite lo siguiente teniendo en cuenta que no afecta a la introduccion de datos. Teclado físico alfanumérico para carga de datos del paciente con configuración en español o Latinoamérica o ingles	27-05-2022	13:28:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	01-06-2022	13:46:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipo de como minimo 13 pulgadas permitiendo asi mayor participacion de oferentes	27-05-2022	13:34:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para practicidad de los profesionales médicos para una mejor optimización de los imágenes de estudio, ya que en ella se ubicara la botonería para mejorar la calidad de la imagen. Además, el perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	01-06-2022	13:48:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En especificaciones tecnicas donde dice Garantía: 36 meses como mínimo, Solicitamos a la conovcante que la Garantia minima sea de 24 meses debido que el tercer año no esta en el costeo de la cotizacion que tiene como referencia para el precio referencial y esto implica un sobre costo	27-05-2022	14:30:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos pantallas de este tamaño, para practicidad de los profesionales médicos para una mejor optimización de los imágenes de estudio, ya que en ella se ubicara la botonería para mejorar la calidad de la imagen. Además, el perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	01-06-2022	13:48:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde solicitan Pantalla: Monitor color LED o LCD de al menos 23" (pulgadas) medidas diagonalmente, con brazo articulado con rotación de 180° o superior. Solicitamos a la convocante No direccionar hacia la marca Mindray con su Equipo Resona i9, y dejar cotizar equipos de Pantalla de 21" Como minimo para tener mayor cantidad de oferentes posibles reiteramos a la convocante no dirigir hacia una marca de equipo contradiciendo a La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Artículo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor	27-05-2022	14:30:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para mejor apreciación de la imagen, confort, practicidad para los profesionales médicos y mejor visualización del estudio a los pacientes. Existen varias marcas con tamaño 23; el perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	01-06-2022	13:50:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Pantalla táctil de alta sensibilidad de 15 pulgadas como mínimo integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las principales funciones del equipo. Solicitamos al convocante no direccionar a un solo oferente y excluir a potenciales oferentes de poder ofertar y competir como lo dictamina la ley, Solicitamos que puedan permitir Pantalla táctil mínimo de 12"	27-05-2022	14:30:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos pantallas de este tamaño, para practicidad de los profesionales médicos para una mejor optimización de los imágenes de estudio, ya que en ella se ubicara la botonería para mejorar la calidad de la imagen. Además, el perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	01-06-2022	13:52:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 1 TB. Solicitamos a la convocante puede dejar competir a oferentes con equipos de Almacenamiento de al menos 512 GB esto no interfiere ni disminuye a una buena calidad resolutive del equipo ni mucho operacional por lo que solicitamos puedan modificar este punto.	27-05-2022	14:31:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita la Capacidad para el almacenamiento de imágenes y clips en disco SSD de al menos 512 GB según el PBC. Se aclara que este punto consultado ya se modificó en la Adenda anterior.	01-06-2022	13:53:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan 5 (Cinco) puertos activos como mínimo para conexión de transductores. Solicitamos que este punto pueda ser modificado por ser direccionado a una sola marca de equipo representado por DEZETA, y se contradice a lo dispuesto por La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Artículo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor, y este punto quede en puertos activos 4 (cuatro) como mínimo.	27-05-2022	14:31:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirán 4 (Cuatro) puertos activos como mínimo para conexión de transductores según el PBC. Se aclara que este punto consultado ya se modificó en la Adenda anterior.	01-06-2022	13:53:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice Puertos USB para conexión de periféricos al menos 6. Solicitamos a la convocante dejar este punto de la siguiente manera "Puertos USB para conexión de periféricos". De forma podrá tener mayor cantidad de oferentes. Y no estaría la convocante contradiciendo a La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS en su Artículo 4º.- PRINCIPIOS GENERALES en el Inciso B) menciona lo siguiente; b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.	27-05-2022	14:32:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requiere Puertos USB para conexión de periféricos al menos 4 según el PBC. Se aclara que este punto consultado ya se modifico en la Adenda anterior.	01-06-2022	13:54:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Al menos 40.000.000 de canales de procesamiento. Solicitamos a la convocante dejar cotizar de al menos con 4 millones de canales de procesamiento totalmente digitales de esta forma la convocante no estaría dirigiendo a una sola Marca de equipo que sería Mindary con su modelo Resomna i9. Por lo expresado solicitamos a la convocante modifiquen este requerimiento.	27-05-2022	14:34:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Existen varias marcas con sus modelos premium que poseen esta característica; que es el perfil requerido de los equipos, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	01-06-2022	13:56:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan 5 (Cinco) puertos activos como mínimo para conexión de transductores. Solicitamos que este punto pueda ser modificado por ser direccionado a una sola marca de equipo representado por DEZETA, y se contradice a los dispuesto por La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica Artículo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor, y este punto quede en puertos activos 4 (cuatro) como mínimo.	27-05-2022	14:36:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirán 4 (Cuatro) puertos activos como mínimo para conexión de transductores según el PBC. Se aclara que este punto consultado ya se modificó en la Adenda anterior.	01-06-2022	13:58:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Software de medición automática de translucencia Nucal, Solicitamos a la convocante omitir de forma automática, ya que es dirigido a una sola Marca, y que pueda quedar de la siguiente manera este punto, Software de medición de translucencia Nucal	27-05-2022	14:36:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En el PBC se requiere Software de medición de translucencia Nucal, ya se excluyó la palabra automática en la adenda anterior.	01-06-2022	13:59:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Software de medición automática de translucencia Intracraneal, solicitamos muy amablemente a la convocante omitir automática, debido a que esta dirigiendo a una marca de equipo, por lo que solicitamos este punto pueda quedar de la siguiente manera, Software de medición de translucencia Intracraneal	27-05-2022	14:36:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En el PBC se requiere Software de medición de translucencia Intracraneal, ya se excluyó la palabra automática en la adenda anterior.	01-06-2022	14:02:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde Software de medición automática de foliculos mediante tecnología tridimensional, solicitamos a la convocante que omita el automático, y el punto quede de la siguiente manera, Software de medición de foliculos	27-05-2022	14:37:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En el PBC se requiere Software de medición de foliculos mediante tecnología tridimensional, ya se excluyó la palabra automático en la adenda anterior.	01-06-2022	14:03:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto donde dice Software de medición automática de tiroides, solicitamos muy amablemente a la convocante Omitir el pedido automatico para que tenga mayor cantidad de oferentes y punto oueda quedar de la siguiente manera, Software de medición de tiroides	27-05-2022	14:38:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En el PBC se requiere Software de medición de tiroides, ya se excluyó la palabra automático en la adenda anterior	01-06-2022	14:03:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Software de medición automática de mamas, solicitamos a la convocante se pueda omitir el pedido de automatico para tener mayor cantidad de oferentes posibles y el punto quede de la siguiente	27-05-2022	14:38:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En el PBC se requiere Software de medición de mamas, ya se excluyó la palabra automático en la adenda anterior.	01-06-2022	14:04:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Función de imagen: Derecha/Izquierda, Arriba/Abajo, división de pantalla en 2 (dos) y 4 (cuatro) imágenes Solicitamos a la convocante solicitar de manera opcional 4 (cuatro) imágenes.	27-05-2022	14:38:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dicha especificación es acorde a la necesidad solicitada por los profesionales médicos. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	01-06-2022	14:05:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice 01 Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 8 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior, Solicitamos a la convocante no dirigir a transductores de la Marca Mindray, debido a que solo ellos cumplirían con el requerimiento y se contradice a los establecido por la Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS en su Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES en el Inciso B) menciona lo siguiente; b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. por lo requerimos que modifiquen este punto y se puedan ofertar transductores convexo de 2 a 5 Mhz. de esta pforma se tendra mayor cantidad de oferentes.	27-05-2022	14:39:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirá Transductor Convexo con rango de frecuencia al menos de 2 a 6 MHz con campo de apertura de al menos 70° o superior. Existe más de una marca ofertando este tipo de transductores incluso superior. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	01-06-2022	14:06:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice 01 Transductor Lineal con rango de frecuencia de al menos 3-12 MHz o superior, Solicitamos a la convocante dejar ofertar transductores de rango de frecuencia de 3 a 4 Mhz de esta forma se tendra mayor cantidad de oferentes potenciales	27-05-2022	14:39:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se necesita Transductor lineal de amplio espectro, para un mejor diagnostico a pacientes con antecedentes de diversas patologías. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	01-06-2022	14:07:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 2 - 9 MHz o superior, Solicitamos a la convocante permita cotizar transductores con frecuencia de 3 a 9 Mhz asi de esta forma podra tendra mayor cantidad de oferentes potenciales	27-05-2022	14:40:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ya se modificó en la Adenda anterior, se admitirá: 01 Transductor Endocavitario Volumétrico con rango de frecuencia de al menos 3 - 8 MHz o superior.	01-06-2022	14:07:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Calentador de Gel integrado al equipo, Solicitamos a la convocante que este punto sea opcional no todos los fabricantes realizan esta característica diferenciadora que solo hace eliminar oferentes	27-05-2022	14:42:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Existen varias marcas con calentador de gel, independientemente si es un equipo de alta gama, el perfil requerido de los equipos es de alta gama, a fin de brindar mayor confort y mayor productividad a los profesionales. Se solicita al Oferente adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.	01-06-2022	14:08:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El plazo solicitado por la convocante para la entrega de equipo hace suponer aun mas las congeturas de que ya tienen un oferente seleccionado para su adjudicacion. Solicitamos muy amablemente a la convocante que el plazo de entrega sea de 75 dias despues de la recepcion de la orden de compra.	27-05-2022	14:44:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El plazo de entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones es en base a la necesidad del Hospital. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones	01-06-2022	14:08:21

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DEZETA S.A - RUC: 80019208-7		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508005793	Póliza	EL SOL DEL PARAGUAY	03-06-2022	06-06-2022	14-09-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42201718-001	Ecografo				2	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DEZETA S.A - 80019208-7	Mindray	MR GLOBAL (HK) LIMITED	ECOGRAFO RESONA I9	CHINA	Ecografo Multioposito	766.000.000	1.532.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DEZETA S.A - 80019208-7	1.420.000.000	06-06-2022	08:16:22.068	Recepción de Lances
		Código Verificador:	b11e93a5f0ab262552675ee6154298ff	
DEZETA S.A - 80019208-7	1.500.000.000	06-06-2022	08:11:11.668	Recepción de Lances
		Código Verificador:	64438393a062c74e580511f25ddf4113	
DEZETA S.A - 80019208-7	1.532.000.000	06-06-2022	08:05:04.646	Propuesta
		Código Verificador:	5196f9f14253a9f2d21cd81adf143f4a	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
DEZETA S.A - 80019208-7	1.420.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80019208-7 - DEZETA S.A

06-06-2022

20 de 21

Items Ganados por Proveedor

Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	1.420.000.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	06-06-2022	08:10:26.517
Buenos días, comenzamos la Subasta.	06-06-2022	08:10:33.229
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	06-06-2022	08:11:12.141
Atención pasamos a la etapa de puja.	06-06-2022	08:11:13.183
Señor/a Oferente, baje su precio	06-06-2022	08:11:22.497
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	06-06-2022	08:18:09.619
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	06-06-2022	08:24:09.694
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	06-06-2022	08:32:32.977
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	06-06-2022	08:32:33.301

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.