

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 407129

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:37 del día 6/10/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 407129 - LPN SBE 17-22 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS de la Institución:

Código Verificador: 2420b2aa3dc830f4a7661108a33b3077

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Medición de agentes anestésicos con identificación Solicitamos a la convocante excluir este punto de las especificaciones tecnicas, el precio de referencia no se adecua con esta solicitud, el costo es muy alto y en la parte de accesorios no solicitan accesorios AG. Solicitamos se excluya este punto.		09-08-2022	11:52:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		27-09-2022	10:28:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Posibilidad de análisis de 12 derivaciones: 208 resultados de referencia diagnóstica Consulta: Solicitamos a la convocante excluir de las especificaciones tecnicas, este punto solo cumple la Serie N de Mindray.		09-08-2022	11:58:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		27-09-2022	10:30:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Velocidad de barrido: 6.25; 12.5; 25 y 50 mm/s Consulta: Para dar oportunidad a la participacion a mas oferentes solicitamos a la convocante dejar como opcional la velocidad de barrido 50mm/s.		09-08-2022	11:59:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		27-09-2022	10:30:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Repetición del modo automático: 1 - 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 minutos Se puede ofertar con repeticion del modo automatico: 1min, 2min, 2.5min, 3min, 4min,5min, 10min, 15min,30min, 60min, 90min, 120min,240min, 480min,720min Para dar oportunidad a mas oferentes.		09-08-2022	12:08:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		27-09-2022	10:31:04
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Brocas del Microdrill para gastar hueso de diamante de 2.0 +/- 0,1 mm de diámetro. Sugerimos a la convocante aumentar +3mm de variación. Esto no afectará su correcta utilización y cumplimiento de sus fines técnicos y a su vez permitirá la participación de mayor cantidad oferentes.	10-08-2022	08:24:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:31:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Brocas del Microdrill para gastar hueso de 2.0 +/- 0,1 mm de diámetro. Sugerimos a la convocante aumentar +3mm de variación. Esto no afectará su correcta utilización y cumplimiento de sus fines técnicos y a su vez permitirá la participación de mayor cantidad ofere	10-08-2022	08:26:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:31:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Cable para piezas de mano reutilizable, de una longitud aproximada de 4 +/- ,5 metros. Peso: 370 g El cable es reutilizable y autolavable, por lo cual recomendamos a la convocante solicitar hasta 3 unidades de cables, creemos que 20 unidades es una cantidad muy alta y que aumenta los costos. Además, con el transcurrir de tiempo los mismos se pueden deteriorar al no tener uso	10-08-2022	08:27:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version	27-09-2022	10:31:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Cable para piezas de mano reutilizable, de una longitud aproximada de 4 +/- ,5 metros. Peso: 370 g Solicitamos a la convocante aclarar el rango de variación de la medida, la cual debe ser 0,5 metros y figura ,5 metros.	10-08-2022	08:29:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.	27-09-2022	10:31:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Cable de alimentación tipo grado médico de una longitud aproximada de 5 +/- 0,5 m de longitud. El cable es reutilizable y autolavable, por lo cual recomendamos a la convocante solicitar hasta 3 unidades de cables, creemos que 20 unidades es una cantidad muy alta y que aumenta los costos. Además, con el transcurrir de tiempo los mismos se pueden deteriorar al no tener uso.	10-08-2022	08:30:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.	27-09-2022	10:31:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Sondas de irrigación Solicitamos a la convocante aclarar si precisan 2 unidades o 2 paquetes de sondas. Sugerimos que se soliciten al menos 2 paquetes	10-08-2022	08:31:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.	27-09-2022	10:31:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Contenedor para esterilización de piezas de mano 2 (dos) Sugerimos a la convocante solicitar contenedor de aluminio anodizado resistente, autolavable con filtro reutilizable hasta 5000 ciclos con etiqueta de identificación. Esto permitirá optimizar los procesos de esterilización, su fácil identificación para utilización y almacenamiento, así como la preservación de piezas e instrumentales.	10-08-2022	08:33:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:33:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Contenedor para esterilización de piezas de mano Sugerimos a la convocante solicitar que cada contenedor contenga cestas ideales para esterilización con soportes de seguridad para cada componente. Esto asegura la correcta organización, transporte y almacenamiento para un adecuado reprocesamiento y esterilización a vapor de todos los equipos	10-08-2022	08:34:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:33:16
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos amablemente a la convocante que todas las piezas de mano deben ser sumergibles para asegurar su correcta utilización. Esto no afecta sus fines técnicos y de utilización, y garantiza la longevidad en la utilización de las piezas de mano.	10-08-2022	08:35:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:33:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos amablemente a la convocante que se incluya dispositivo para lavado manual y mecánico.	10-08-2022	08:35:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:33:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos amablemente a la convocante que el craneótopo tenga sistema de protección contra activación accidental. Esto garantiza la seguridad en la utilización de este y de los profesionales que lo manipulan	10-08-2022	08:36:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:33:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando los aumentos a nivel mundial de costos logísticos e insumos, todos estos exponencialmente luego de la pandemia de la COVID-19, sugerimos amablemente a la convocante aumentar el precio referencial entre 15-20%.	10-08-2022	08:36:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:33:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El Convocante solicita en el punto 1.4.2 : Puertos de salida: Dos salidas monopolares y una salida para bipolar convencional. Solicitamos respetuosamente a la Convocante permitir la cotización de equipos con: Puertos de salida: Dos salidas monopolares y una (o mayor) salida para bipolar convencional.	11-08-2022	13:56:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:34:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El Convocante solicita en el punto 4.3: Rangos de ajuste de potencia con parámetros muy cerrados, que solo puede cumplir una marca en particular, solicitamos respetuosamente al Convocante modificar dicho punto a: Modo Corte Monopolar: Puro 300 W (o mayor), Blend 200 W (o mayor) Modo Coagulación Monopolar: Suave 120 W, Fulguración 120 W, Fulguración Compartida 120 W, Spray 120 W, Spray Compartido 120 W, o una cantidad mínima de 5 (cinco) tipos de Coagulación monopolar con nombres propios de cada fabricante. Modo Bipolar Predeterminado: Preciso 70 W, Estándar 70 W, Macro 70 W, o una cantidad mínima de 3 (tres) tipos de Modos Bipolar con nombres propios de cada fabricante. Modo Bipolar Opcional: Bajo 15 W, Medio 16-40 W, Alto 45-95W.	11-08-2022	13:56:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.	27-09-2022	10:34:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El Convocante solicita en el punto 4.3: Modo Combinado Corte y Coagulación Monopolar: 60 W. Solicitamos eliminar esta parte mencionada ya que en líneas arriba se solicita la función Blend, que es la misma.	11-08-2022	13:57:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se refiere a la coagulación compartida de modo a emplear dos monopolares al mismo tiempo. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:34:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El Convocante solicita en el punto 4.5: Memoria Interna: 8G capacidad de almacenamiento. Solicitamos al Convocante permitir la cotización de equipos con: Memoria Interna: 8G capacidad de almacenamiento o como mínimo 45 (cuarenta y cinco) programas.	11-08-2022	13:57:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:34:51
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
El Convocante solicita en el punto 4.7: Transporte y conservación: Intervalo de temperatura ambiente: -10 a +60 °C. Estas especificaciones técnicas son muy cerradas lo cual impedirá la participación de muchos oferentes, solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Transporte y conservación: Intervalo de temperatura ambiente: -10 a +60 °C o mayor.		11-08-2022	13:57:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.		27-09-2022	10:35:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El Convocante solicita en el punto 4.9: Transporte y conservación: Humedad relativa: de 15 % a 90 % sin condensación. Estas especificaciones técnicas son muy cerradas lo cual impedirá la participación de muchos oferentes, solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Transporte y conservación: Humedad relativa: de 15 % a 90 % (o mayor) sin condensación		11-08-2022	13:58:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		27-09-2022	10:35:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El Convocante solicita en el punto 4.10: En funcionamiento: Humedad relativa: de 15 % a 85 % sin condensación. Estas especificaciones técnicas son muy cerradas lo cual impedirá la participación de muchos oferentes, solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: En funcionamiento: Humedad relativa: de 30 % a 75 % (o mejor) sin condensación		11-08-2022	13:58:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.		27-09-2022	10:35:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El Convocante solicita en el punto 4.11: Dimensiones: Altura: 14 cm + - 2 cm, Anchura: 33 cm + - 2cm, Longitud: 43 cm + - 2 cm. Peso: 9 kg + - 2 kg. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Dimensiones: Altura: 14 cm (+/- 5 cm), Anchura: 33 cm (+/- 5 cm), Longitud: 43 cm (+/- 5 cm) Peso: 9 kg + - 2 kg.		11-08-2022	13:58:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		27-09-2022	10:35:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El Convocante solicita en los puntos 5.2: Pedal Monopolar y 5.3 Pedal Bipolar. La gran mayoría de los equipos traer un pedal doble para a función monopolar y bipolar. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: 01 (un) Pedal doble para función Monopolar y Bipolar		11-08-2022	13:59:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		27-09-2022	10:35:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El Convocante solicita en 5.5: 2 pinzas bipolar de 1.5 mm. Solicitamos al Convocante aclarar este punto, si necesita una pinza recta o bayoneta, desechable o reutilizable y la longitud de dicha pinza.		11-08-2022	13:59:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que lo solicitado es una pinza bayoneta. El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		27-09-2022	10:35:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE VERIFICAR Y ACLARAR LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN LAS EETT, TENIENDO EN CUENTA QUE SOLICITAN 3 UNIDADES DE CRANEOTOMO EN LA PLANILLA DE PRECIOS, Y EN LAS EETT FIGURAN 2 UNIDADES		11-08-2022	14:24:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version.		27-09-2022	10:36:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Lote N° 1, Ítem N° 1 Craneotomo eléctrico, En la planilla Excel con el nombre de Items Solicitados (que se descarga de web de la DNCP) se describen 3 unidades en la columna cantidad. En las especificaciones técnicas, numeral 4.1 describe una cantidad de 2 (dos) unidades. Consultamos ¿en total serían 6 unidades? Resultado de la multiplicación de 3 (cantidad que figura en Items solicitados) por la 2 (cantidad que figura en el numeral 4.1)		11-08-2022	14:49:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente debera remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.		27-09-2022	10:36:13

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo eléctrico", en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.4.4-Pieza de mano para MicroDrill gastador de 7 +/- 1 cm de longitud. Velocidad variable 80,000 rpm. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotización de equipos con: 1.4.4 Pieza de mano para MicroDrill gastador de 7 +/- 1 cm de longitud. Velocidad variable 60,000 rpm. o mayor	11-08-2022	14:50:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:36:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo eléctrico", en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.4.5-Pieza de mano para MicroDrill gastador de 10 +/- 1 cm de longitud. Velocidad variable 80,000 rpm. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotización de equipos con: 1.4.5- Pieza de mano para MicroDrill gastador de 10 +/- 1 cm de longitud. Velocidad variable 60,000 rpm o mayor	11-08-2022	14:50:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:36:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo eléctrico", en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.4.6-Pieza de mano para MicroDrill gastador de 13 +/- 1 cm de longitud. Velocidad variable 80,000 rpm. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotización de equipos con: 1.4.6-Pieza de mano para MicroDrill gastador de 13 +/- 1 cm de longitud. Velocidad variable 60,000 rpm o mayor.	11-08-2022	14:50:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:36:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo eléctrico", en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.4.7-Pieza de mano para MicroDrill gastador de 22 +/- 1 cm de longitud. Velocidad variable 80,000 rpm. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotización de equipos con: 1.4.7-Pieza de mano para MicroDrill gastador de 20 +/- 2 cm de longitud. Velocidad variable 60,000 rpm o mayor.	11-08-2022	14:50:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:37:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo electrico", en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.4.16-Brocas del Microdrill para gastar hueso de diamante de 2.0 +/- 0,1 mm de diámetro. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotizacion de equipos con: 1.4.16-Brocas del Microdrill para gastar hueso de diamante de 2.0 +/- 0,3 mm de diámetro.	11-08-2022	14:51:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:37:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo electrico", en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.4.20-Brocas del Microdrill para gastar hueso de 2.0 +/- 0,1 mm de diámetro. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotizacion de equipos con: 1.4.20-Brocas del Microdrill para gastar hueso de 2.0 +/- 0,3 mm de diámetro.	11-08-2022	14:51:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:37:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo electrico", en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.4.21 - Cable para piezas de mano reutilizable, de una longitud aproximada de 4 +/- ,5 metros. Peso: 370 g. Cantidad: 20 (veinte) Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotizacion de equipos con: 1.4.21 - Cable para piezas de mano reutilizable, de una longitud aproximada de 4 +/- ,5 metros. Peso: 370 g. Cantidad: 2 (dos) uno por pieza de mano.	11-08-2022	14:52:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debera remitirse al Pliego de Bases y Condiciones UltimaVersión.	27-09-2022	10:37:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Lote N° 1, Ítem N° 1 "Craneotomo electrico", en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.4.22 - Cable de alimentación tipo grado médico de una longitud aproximada de 5 +/- 0,5 m de longitud. Cantidad 20 (veinte) Solicitamos respetuosamente al Convocante permita la cotizacion de equipos con: 1.4.22 - Cable de alimentación tipo grado médico de una longitud aproximada de 5 +/- 0,5 m de longitud. Cantidad 2 (dos) uno por cada consola de mando	11-08-2022	14:52:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.	27-09-2022	10:37:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.3 Rangos de ajuste de potencia. Consultamos si estos rangos son los mínimo requeridos y solicitamos que la descripción sea de la siguiente manera 4.3 Rangos de ajuste de potencia mínima:	11-08-2022	15:20:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que en las Especificaciones Técnicas, siempre que no se indique lo contrario, se refieren a los valores mínimos recomendados. El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:37:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5 Memoria Interna: 8G capacidad de almacenamiento Consultamos si se podría cotizar con memoria interna de 8G de capacidad de almacenamiento o 100 eventos	11-08-2022	15:22:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:38:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.11 Dimensiones. Solicitamos que las dimensiones descriptas sean de carácter OPCIONAL considerando que varían de un fabricante a otro y no hacen a la prestación del equipo	11-08-2022	15:23:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:38:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.11 Peso: 9kg+-2kg Solicitamos otorgar un margen de +/-5kg, considerando que varían de un fabricante a otro y no interfieren en las prestaciones del equipo	11-08-2022	15:24:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:38:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.5 2 pinzas bipolares de 1.5mm ¿Se podría otorgar un rango de +/-0.5mm?	11-08-2022	15:25:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:38:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Experiencia requerida, dice: Demostrar la experiencia en provisión de equipos biomédicos e insumos y accesorios con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación. Solicitamos respetuosamente a la Convocante que este documento sea posible presentar de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en provisión de equipos biomédicos o insumos y/o accesorios con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.	11-08-2022	15:39:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:38:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SUMINISTROS REQUERIDOS. Plan de entrega de los bienes, dice: PLAZO PARA ENTREGA A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO: 60 días Solicitamos a la convocante extienda el plazo de entrega de los bienes a suministrar a por lo menos 30 días más, quedando el plan de entregas de la siguiente manera: Plan de entrega de los bienes, dice: PLAZO PARA ENTREGA A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO: 90 días	11-08-2022	15:39:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El oferente debera remitirse al Pliego de Bases y Condiciones UltimaVersión.	27-09-2022	10:38:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que en el punto 4.5 solicitan: Medición de agentes anestésicos con identificación, sugerimos puedan elevar el precio referencial puesto que este módulo es bastante costoso en la mayoría de los monitores	11-08-2022	19:37:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:39:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6 Dice: Conformidad con la Norma: FDA, esto contradice al punto 3.1 donde se admiten otras Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas, solicitamos respetuosamente se elimine el punto 4.6 para dar participación a un mayor número de oferentes y no limitarse a monitores que se puedan comercializar en USA.	11-08-2022	19:38:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:39:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan 4.18 Visualización de parámetros con cuadro de tendencias dinámicas simultáneamente, por favor considerar este punto como opcional considerando que se trata de una especificación de una marca en particular.	11-08-2022	19:38:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:39:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.2.7 Análisis de la variación de la frecuencia cardíaca con gráfico de tortas y tendencia, solicitamos se considere este punto como opcional debido a que se trata de una especificación de una marca en particular	11-08-2022	19:39:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:39:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 5.2.11 Posibilidad de análisis de 12 derivaciones: 208 resultados de referencia diagnóstica, solicitamos que este punto sea considerado opcional debido a que 208 resultados de referencia diagnóstica es una especificación de una marca de monitores en particular y limita la libre competencia amparada por la ley de contrataciones	11-08-2022	19:39:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:39:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.3.5 Donde dice: Velocidad de barrido: 6.25; 12.5; 25 y 50 mm/s, solicitamos se puedan cotizar monitores con velocidad de barrido de respiración: 6.25; 12.5 y 25 mm/s, para este parámetro esa amplitud ya es suficiente.	11-08-2022	19:39:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:39:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.4.4 solicitan: Frecuencia de pulso de 25 a 300 lpm, solicitamos se puedan ofertar monitores con frecuencia de pulso 20 a 250 lpm, en la SpO2, el monitor solicitado ya cuenta con mayor rango en el ECG.	11-08-2022	19:40:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:40:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.5.5: Repetición del modo automático: 1 - 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 minutos, solicitamos se permitan cotizar monitores con repetición en modo automático con otros valores, siempre y cuando cuente con un amplio rango de intervalos de tiempo.	11-08-2022	19:40:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse alo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:40:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el apartado donde dice, Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser producto nacional, deberá contar con una declaración jurada; Solicitamos a la convocante que la certificación emitida sea de copia simple y no apostillada y legalizada en el país de origen debido al tiempo que conlleva tener el apostillado es de un proceso aproximado de 60 a 90 días o en todo caso presentar con la firma de contrato.	11-08-2022	19:54:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se podrá presentar en copia simple para la presentación de las ofertas y para la firma del Contrato con el apostillado y legalizado en el país de origen. El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:40:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS AMPLIAR LOS RANGOS PARA MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES Y EVITAR POSIBLES PROTESTAS Y QUE DICHOS RANGOS SEAN: Modo Corte Monopolar: Puro 300 W como mínimo , Blend 200 W como mínimo	12-08-2022	05:30:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que en las especificaciones técnicas, siempre que no indique lo contrario, se refieren a los valores mínimos recomendados. El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:40:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS AMPLIAR LOS RANGOS PARA MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES Y EVITAR POSIBLES PROTESTAS Y QUE DICHOS RANGOS SEAN: Modo Combinado Corte y Coagulación Monopolar: 60 W como Mínimo.	12-08-2022	05:31:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que en las especificaciones técnicas, siempre que no indique lo contrario, se refieren a los valores mínimos recomendados. El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:40:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS AMPLIAR LOS RANGOS PARA MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES Y EVITAR POSIBLES PROTESTAS Y QUE DICHOS RANGOS Y MODOS SEAN (TENER EN CUENTA QUE CIERTAS MARCAS TIENEN SU PROPIO NOMBRE DE MODOS): Modo Coagulación Monopolar: Suave 120 W como mínimo , Fulguración o similar acorde a la marca 120 W como mínimo , Fulguración Compartida o similar acorde a la marca 120 W como mínimo , Spray 120 W o similar acorde a la marca 120 W como mínimo, Spray Compartido 120 W o similar acorde a la marca 120 W como mínimo.	12-08-2022	05:32:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que en las especificaciones técnicas, siempre que no indique lo contrario, se refieren a los valores mínimos recomendados. El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:40:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS AMPLIAR LOS RANGOS PARA MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES Y EVITAR POSIBLES PROTESTAS Y QUE DICHOS RANGOS Y MODOS SEAN (TENER EN CUENTA QUE CIERTAS MARCAS TIENEN SU PROPIO NOMBRE DE MODOS): Modo Bipolar Predeterminado o Bipolar: Preciso o similar a la marca 70 W como mínimo, Estándar o similar a la marca 70 W como mínimo , Macro o similar a la marca 70 W como mínimo .	12-08-2022	05:32:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que en las especificaciones técnicas, siempre que no indique lo contrario, se refieren a los valores mínimos recomendados. El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:41:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Algunas marcas no miden su memoria por los G sino por memoria en programas por lo que solicitamos ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que sea : Memoria Interna: 8G capacidad de almacenamiento o memoria para 10 programas como mínimo.	12-08-2022	05:32:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:41:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1 Monitor desfibrilador ECG, DEA, SpO2, PANI, Impresora. Accesorio para Resucitación Cardiopulmonar (RCP), se podrán ofertar equipos que cuenten con instrucciones par RCP en el modo DEA?	12-08-2022	08:55:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:41:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.2 donde dice: Pantalla color 8", solicitamos se pueda cotizar desfibrilador con pantalla color de 6,5 o más.	12-08-2022	08:55:42

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:41:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 4.4.10 -Función RCP, solicitamos se acepte con instrucciones de voz y texto para RCP en el modo DEA	12-08-2022	08:56:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:41:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.5 Pantalla LCD a colores de 8" o mayor solicitamos se pueda cotizar desfibrilador con pantalla color de 6,5 o más.	12-08-2022	08:56:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:42:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: 4.12 Memoria para almacenar sucesos relacionados a al menos 150 pacientes, solicitamos nos permitan ofertar memoria con capacidad de almacenar 50 resúmenes de eventos con una duración de unos 30 minutos.	12-08-2022	08:56:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:42:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.1.3.2 Límite superior: 360 Joules, sin embargo solicitan Forma de onda exponencial truncada bifásica para la terapia de desfibrilación, para los equipos con forma de onda bifásica, el límite superior es de 200 Joules, una carga bifásica de 360 Joules podría ser dañina para el paciente y potencialmente mortal.	12-08-2022	08:57:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:42:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 5.3.1 Capacidad para uso con latiguillos 3, 5 o 10 vías, los monitores/desfibriladores se utilizan por poco tiempo por lo que solicitamos que el cable con latiguillos de 10 vías se considere opcional por tratarse de un cable que se utiliza en monitores que cuenten con SW de diagnóstico	12-08-2022	08:57:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:42:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.8 RCP - 5.8.1 Para la resucitación cardiopulmonar solicitamos se acepte con instrucciones de voz y texto para RCP en el modo DEA	12-08-2022	08:58:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:42:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a la duración de la batería 5.10.3 180 minutos de monitoreo continuo, solicitamos se puedan ofertar baterías con tiempo de duración de 150 minutos de monitoreo continuo de todos los parámetros, seguido de 20 choques a máxima carga.	12-08-2022	08:59:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	27-09-2022	10:43:01

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: CODEX S.R.L. - RUC: 80000173-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508001746	Póliza	Cenit S.A de Seguros	05-10-2022	05-10-2022	17-04-2023
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7					
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508006683	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA	05-10-2022	05-10-2022	02-05-2023
Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3					
Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508007924	Póliza	Patria S.A de Seguros y Reaseguros	05-10-2022	06-10-2022	24-04-2023
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1					
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
PÓLIZA N°: 1508054792 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	05-10-2022	05-10-2022	03-05-2023
Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0					
Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508001982	Póliza	Regional Seguros	05-10-2022	05-10-2022	23-04-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:		1 - LOTE 1					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42294215-9999	Craneotomo electrico					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Medtronic	Medtronic	Midas Rex - IPC	USA	Craneotomo electrico	1.063.000.000	3.189.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Bbraun	Aesculap AG	ELAN 4	Alemania	Craneotomo eléctrico	1.380.000.000	4.140.000.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	CONMED CORPORATION	CONMED CORPORATION	E9010 y E9015	Estados Unidos	Craneotomo electrico	1.300.000.000	3.900.000.000

INFORMACION DEL LOTE:		2 - LOTE 2					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42291613-003	ELECTROBISTURI ELECTROCAUTERIO					2
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Covidien	Covidien	Valleylab FX8	USA	ELECTROBISTURI ELECTROCAUTERIO	250.000.000	500.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG	Autocon III 400	Alemania	Electrobisturí	300.000.000	600.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	KLS Martin	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG,	MAXIUM SMART C	ALEMANIA	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas	290.000.000	580.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 3 - LOTE 3

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42295123-002	Aspirador quirurgico				2	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	GEMMY	Gemmy Industrial Corp.	SU-305	TAIWAN	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas	25.000.000	50.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 4 - LOTE 4

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42172101-001	CARRO DE PARO DESFRIBILADOR CON MONITOR P/ PCR				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Instramed / Cardinal	Indústria Médica Hospitalar Ltda. / Cardinal Industria e Comercio Ltda.	Cardiomax / CE	Brasil	Carro de paro desfibrilador con monitor para PCR	150.000.000	150.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 5 - LOTE 5

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42181706-001	MONITOR CARDIACO				2	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Advanced	Advanced Instrumentations Inc.	PM-2000XL Plus	USA	Monitor cardiaco	60.000.000	120.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 6 - LOTE 6

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42181702-9998	Electrodo helicoidal				1440	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Medtronic	Medtronic	No aplica	USA - China	Electrodo helicoidal	335.000	482.400.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	42181702-9998	Electrodo de aguja trenzada 2,5 m doble				3456	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Medtronic	Medtronic	No aplica	USA - China	Electrodo de aguja trenzada 2,5 m doble	615.000	2.125.440.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
3	42181702-9998	Electrodo de superficie doble				20	
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Medtronic	Medtronic	No aplica	USA - China	Electrodo de superficie doble	390.000	7.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	42181702-9998	Electrodo de aguja simple	648

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Medtronic	Medtronic	No aplica	USA - China	Electrodo de aguja simple	555.000	359.640.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	42181702-9998	Electrodo de superficie	260

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Medtronic	Medtronic	No aplica	USA - China	Electrodo de superficie	245.000	63.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	42181702-9998	Electrodo monopolar de prueba directa	25

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Medtronic	Medtronic	No aplica	USA - China	Electrodo monopolar de prueba directa	1.670.000	41.750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	42181702-9998	Estimuladora lesna	25

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Medtronic	Medtronic	No aplica	USA - China	Estimuladora lesna	1.670.000	41.750.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	42181702-9998	Insertador de sensor auditivo	10

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Medtronic	Medtronic	No aplica	USA - China	Insertador de sensor auditivo	390.000	3.900.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	42181702-9998	Reemplazo de punta para sensor auditivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Medtronic	Medtronic	No aplica	USA - China	Reemplazo de punta para sensor auditivo	22.200.000	22.200.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.800.000.000	06-10-2022	08:22:27.344	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a182752cc80773715bb23e8489e7102	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.850.000.000	06-10-2022	08:22:14.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f6ba409700fade9a5a6058cec807022	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.850.000.000	06-10-2022	08:22:20.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a9b12e6ab30f7d9d5225c6ff685b47d	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.860.000.000	06-10-2022	08:22:05.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82857edb536cfc44809a3b552942d98e	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.880.000.000	06-10-2022	08:21:49.000	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a66c437cae6ef83450f6e673a35774ca	

Listado General de todas las Ofertas

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.900.000.000	06-10-2022	08:21:31.086	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0aaaf3acdd7a1e359351d3f84d9badb1	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.999.000.000	06-10-2022	08:21:24.468	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	623cca471694c68ffe8bd20fb9978cfe	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.000.000.000	06-10-2022	08:21:08.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bfec43aef45e92a75e6af62c6617db13	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.160.000.000	06-10-2022	08:21:03.715	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	008f18df57103a87c7a2b38aa06b2fd6	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.169.000.000	06-10-2022	08:20:50.629	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc02c57386c870a3129b3b5001f2da5f	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.170.000.000	06-10-2022	08:20:08.758	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58a07e2e4ec64de325dade045e6edab6	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.189.000.000	06-10-2022	08:02:02.835	Propuesta
		Código Verificador:	70e22a9ac8f78dfe9702345281824d0d	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.890.000.000	06-10-2022	08:19:41.872	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efe352a89fb5dd61224eff2ebbd0acfc	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.900.000.000	06-10-2022	08:02:02.836	Propuesta
		Código Verificador:	e19ded09d92564c3c7269510abc77511	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	4.140.000.000	06-10-2022	08:02:02.837	Propuesta
		Código Verificador:	e289e5e326de9ec30326a0db58782672	

2 - LOTE 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	440.000.000	06-10-2022	08:45:37.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9804002fba072569dfd419cb836cd8b8	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	443.999.000	06-10-2022	08:45:34.605	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3c9b930aee7ac8ea04c71cc90ea08be	
ALBATROS SACI - 80002766-3	444.000.000	06-10-2022	08:45:26.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95249d6c9daf13e943f7eb879a161c95	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	444.999.000	06-10-2022	08:45:21.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d471f47344b5bcf0c3af9e952283a1ef	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	445.999.000	06-10-2022	08:45:16.127	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd0d9158e2bf039207c91100cec2592c	
ALBATROS SACI - 80002766-3	446.000.000	06-10-2022	08:45:07.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2be161be24425667efdd3f380c532573	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	446.999.000	06-10-2022	08:45:09.579	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9580c6360031ce23054e561e26bdb4bd	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	447.999.000	06-10-2022	08:45:03.938	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b07db90e0da59a3d024f51cad9aca3ef	
ALBATROS SACI - 80002766-3	448.000.000	06-10-2022	08:44:27.699	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	841154949ef1d82f2ceb723a4cc3d77	
ALBATROS SACI - 80002766-3	450.000.000	06-10-2022	08:44:16.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c11f40345d0b4a6f3969b9d492d0356	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	451.999.000	06-10-2022	08:44:16.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5897be384da0b994397101ac3044883	
ALBATROS SACI - 80002766-3	452.000.000	06-10-2022	08:44:02.913	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68d4df91488053d031550bde646c6bae	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	452.999.000	06-10-2022	08:44:04.978	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6ea41111aa89aefe3f4f2fa202a6337	
ALBATROS SACI - 80002766-3	454.000.000	06-10-2022	08:43:54.853	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b432724917526a1babf79560465729d0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	454.999.000	06-10-2022	08:43:57.025	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	236864afa1a54ec0614eadc6bdda98d0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	455.999.000	06-10-2022	08:43:48.977	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f79d8b3e44ce7301132da7ed0410eeb7	
ALBATROS SACI - 80002766-3	456.000.000	06-10-2022	08:43:47.258	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b05cb53737ab8135785db93b3a2c1ebf	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	457.999.000	06-10-2022	08:43:43.158	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	891881171107e666646926bf518e0f80
ALBATROS SACI - 80002766-3	458.000.000	06-10-2022	08:43:37.293
		Código Verificador:	93543623de48aa57adc97f29a35b620d
ARGON S.R.L. - 80004373-1	458.999.000	06-10-2022	08:43:37.769
		Código Verificador:	8b304af4fbd3c3029943f56f7d12d8e
ARGON S.R.L. - 80004373-1	459.999.000	06-10-2022	08:43:30.296
		Código Verificador:	bfadebcd3e1f680c9331e6615349972a
ALBATROS SACI - 80002766-3	460.000.000	06-10-2022	08:43:03.967
		Código Verificador:	870d3e44074585d6f065ebace80ab48c
ARGON S.R.L. - 80004373-1	464.900.000	06-10-2022	08:43:08.855
		Código Verificador:	e196dac645f614d84a4028637d18828a
ARGON S.R.L. - 80004373-1	464.990.000	06-10-2022	08:43:03.646
		Código Verificador:	1957d5ea386d6177216a191a1a96c5bc
ARGON S.R.L. - 80004373-1	464.999.000	06-10-2022	08:42:58.642
		Código Verificador:	95059e5286f50005ffff353b46e4ad7b
ALBATROS SACI - 80002766-3	465.000.000	06-10-2022	08:42:33.639
		Código Verificador:	41971409728f63da0c05c1be1c24f955
ARGON S.R.L. - 80004373-1	469.499.000	06-10-2022	08:42:38.346
		Código Verificador:	8c0a303a247d86c84425156c32f7ed98
ARGON S.R.L. - 80004373-1	469.799.000	06-10-2022	08:42:31.932
		Código Verificador:	2c9d93e6d5b77083272ecbd3ee37e34d
ARGON S.R.L. - 80004373-1	469.999.000	06-10-2022	08:42:23.972
		Código Verificador:	0a12dde6321e99485192dfca7b9dc01c
ALBATROS SACI - 80002766-3	470.000.000	06-10-2022	08:41:14.247
		Código Verificador:	e6761fed62298870b590697b308de177
ALBATROS SACI - 80002766-3	475.000.000	06-10-2022	08:41:02.506
		Código Verificador:	0b4040b97b7c2d8f36f32962e1815047
ARGON S.R.L. - 80004373-1	478.000.000	06-10-2022	08:41:47.487
		Código Verificador:	a23b2493d6134104a46cf9f1753775c7
CODEX S.R.L. - 80000173-7	479.000.000	06-10-2022	08:40:54.478
		Código Verificador:	64203e6e4d647bbb8aeece1aa2f70604
ALBATROS SACI - 80002766-3	480.000.000	06-10-2022	08:40:43.326
		Código Verificador:	bb6c961a3b54d952f013ab88640c76c3
CODEX S.R.L. - 80000173-7	488.000.000	06-10-2022	08:40:37.476
		Código Verificador:	e665e782f4e04734b520b06393b62433
ALBATROS SACI - 80002766-3	490.000.000	06-10-2022	08:40:02.022
		Código Verificador:	8c56ca69fce7c52586224181e465e7fa
ARGON S.R.L. - 80004373-1	499.000.000	06-10-2022	08:40:25.593
		Código Verificador:	3527ef328a8e97e0f1460111de63feee
CODEX S.R.L. - 80000173-7	500.000.000	06-10-2022	08:02:02.895
		Código Verificador:	02ea4e72495c86c3b1324ec888442179
ARGON S.R.L. - 80004373-1	549.000.000	06-10-2022	08:40:01.819
		Código Verificador:	654dfd38c63992258ab13a29092722db
ALBATROS SACI - 80002766-3	550.000.000	06-10-2022	08:39:44.036
		Código Verificador:	ec3d2a4d68cfa7785905433a3f133887
ARGON S.R.L. - 80004373-1	570.000.000	06-10-2022	08:38:28.327
		Código Verificador:	ab7778f101329fc5e7334c77d5b5a92d
ARGON S.R.L. - 80004373-1	575.000.000	06-10-2022	08:32:25.074
		Código Verificador:	6a7e4ca2500a185c48bf3f09ef4576ab
ARGON S.R.L. - 80004373-1	580.000.000	06-10-2022	08:02:02.894
		Código Verificador:	577491e242bdfa7a810f6195031511a7
ALBATROS SACI - 80002766-3	600.000.000	06-10-2022	08:02:02.894
		Código Verificador:	26b3923dd1ecf3b4cabb75ab8646f0c1

3 - LOTE 3

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	30.000.000	06-10-2022	08:52:52.207	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72206bfe18cd2e21a8a133c726a65403	

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	50.000.000	06-10-2022	08:02:02.907	Propuesta
		Código Verificador:	c0ddc6565b7cb76a259739e9025a070b	

4 - LOTE 4

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	130.000.000	06-10-2022	09:09:23.007	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8df8b1f5aa2c85e6f3c487f08dbdaa2	
ALBATROS SACI - 80002766-3	150.000.000	06-10-2022	08:02:02.934	Propuesta
		Código Verificador:	feb174d813490323dc983627136dbc96	

5 - LOTE 5

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	100.000.000	06-10-2022	09:18:31.637	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84102f8f08f82a095a5950d15205d90d	
ALBATROS SACI - 80002766-3	120.000.000	06-10-2022	08:02:02.962	Propuesta
		Código Verificador:	4249fe4964506da2bd3ee8d45d7d62d8	

6 - LOTE 6

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.148.580.000	06-10-2022	08:02:03.063	Propuesta
		Código Verificador:	9e5c977ed79e7dcebc870f743aa34b20	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - LOTE 1

Oferente	Mejor Precio
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	2.800.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.850.000.000
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.169.000.000

2 - LOTE 2

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	440.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	443.999.000
CODEX S.R.L. - 80000173-7	479.000.000

3 - LOTE 3

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	30.000.000

4 - LOTE 4

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	130.000.000

5 - LOTE 5

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	100.000.000

6 - LOTE 6

Oferente	Mejor Precio
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.148.580.000

Ítems Ganados por Proveedor

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80000173-7 - CODEX S.R.L.

Item	Precio Ganador
6 - LOTE 6	3.148.580.000

Proveedor: 80002766-3 - ALBATROS SACI

Item	Precio Ganador
2 - LOTE 2	440.000.000
4 - LOTE 4	130.000.000
5 - LOTE 5	100.000.000

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item	Precio Ganador
3 - LOTE 3	30.000.000

Proveedor: 80030030-0 - CATETERES Y AFINES S.A.

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1	2.800.000.000

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	06-10-2022	08:11:31.080
Buenos días, comenzamos la Subasta.	06-10-2022	08:11:35.353
Señores esperamos mejores ofertas.	06-10-2022	08:11:39.297
Atención pasamos a la etapa de puja.	06-10-2022	08:13:21.080
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	06-10-2022	08:13:23.171
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	06-10-2022	08:19:23.302
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	06-10-2022	08:22:29.348
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	06-10-2022	08:22:29.400

2 - LOTE 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	06-10-2022	08:25:30.119
Continuamos con la Subasta.	06-10-2022	08:25:36.511
Señores esperamos mejores ofertas.	06-10-2022	08:25:43.832
Atención pasamos a la etapa de puja.	06-10-2022	08:26:51.222
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	06-10-2022	08:26:53.270
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	06-10-2022	08:38:25.104
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	06-10-2022	08:45:43.355
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	06-10-2022	08:45:43.393

3 - LOTE 3

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	06-10-2022	08:46:00.344
Continuamos con la Subasta.	06-10-2022	08:46:07.239
Señor/a Oferente, baje su precio	06-10-2022	08:46:12.730
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	06-10-2022	08:46:15.061
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	06-10-2022	08:52:15.265
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	06-10-2022	08:59:07.342
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	06-10-2022	08:59:07.377

4 - LOTE 4

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	06-10-2022	09:01:44.625
Continuamos con la Subasta.	06-10-2022	09:01:48.699
Señores esperamos mejores ofertas.	06-10-2022	09:01:51.692

Listado de Mensajes

Atención pasamos a la etapa de puja.	06-10-2022	09:01:53.450
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	06-10-2022	09:01:55.515
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	06-10-2022	09:07:55.524
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	06-10-2022	09:11:36.826
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	06-10-2022	09:11:36.866

5 - LOTE 5

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	06-10-2022	09:11:50.054
Continuamos con la Subasta.	06-10-2022	09:11:53.927
Señor/a Oferente, baje su precio	06-10-2022	09:11:57.325
Atención pasamos a la etapa de puja.	06-10-2022	09:11:58.706
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	06-10-2022	09:12:00.933
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	06-10-2022	09:18:00.963
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	06-10-2022	09:27:55.284
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	06-10-2022	09:27:55.334

6 - LOTE 6

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	06-10-2022	09:28:11.134
Continuamos con la Subasta.	06-10-2022	09:28:15.245
Señores esperamos mejores ofertas.	06-10-2022	09:28:18.286
Atención pasamos a la etapa de puja.	06-10-2022	09:28:18.597
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	06-10-2022	09:28:20.722
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	06-10-2022	09:34:20.786
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	06-10-2022	09:37:43.798
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	06-10-2022	09:37:43.838

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.