

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 414357

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:50 del día 15/6/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 414357 -

Adquisición de Equipos Biomédicos para el Hospital Nacional en el Marco del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de Atención de Establecimientos de Salud del MSP y Bs de la Institución:

Código Verificador: 62ea91cc523abce19824408e38ca44be

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Sub-UOC:	Hospital Nacional - Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1684

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante que el precio referencial sea elevado un 15% mas debido a la fluctuación del dolar, el alto costo de importación y plazo de entrega del bien en cuestión.		24-05-2022	10:23:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC		02-06-2022	12:27:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1.1 Profundidad visual 3-50mm ¿Se podría cotizar en el rango de 2-100mm?		24-05-2022	15:03:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC		02-06-2022	12:28:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1.2 Campo de Visión 120° ¿Se podía cotizar con una variación de +/-10°?		24-05-2022	15:04:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC		09-06-2022	11:20:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
2.2 Diámetro del canal de trabajo 2.8mm ¿Se podría cotizar en el rango de 2.3 a 2.8mm?		24-05-2022	15:05:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC		02-06-2022	12:30:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
2.3 Rangos de angulación 180° arriba y 130° abajo ¿Se podría cotizar con angulación hacia abajo entre 100 a 130°?		24-05-2022	15:06:05
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	02-06-2022	12:30:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.4 Longitud de trabajo de 600 a 620mm ¿Se podría cotizar en el rango de 540 a 620mm?	24-05-2022	15:06:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	02-06-2022	12:31:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.7 Diámetro de la punta distal 5.9mm ¿Se podría cotizar en el rango de 5.2 a 5.9mm?	24-05-2022	15:07:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	02-06-2022	12:31:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3.1 Sistema de insuflación: bomba de presión o aire ¿Podría ser considerado como opcional?	24-05-2022	15:08:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	02-06-2022	12:31:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3.2 Halógena a partir de 150watts ¿Se podría cotizar Halógena a partir de 150Watts o LED?	24-05-2022	15:09:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	02-06-2022	12:32:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3.4 Regulación manual de la intensidad luminosa ¿En caso de permitir cotizar equipos LED, se podría considerar como Opcional?	24-05-2022	15:10:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	02-06-2022	12:32:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Plazo de entrega: 15 (quince) días contados a partir de la suscripción del contrato ¿Podrían ampliar el plazo a por lo menos 45 días, considerando la cantidad de equipos solicitados?	24-05-2022	15:14:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Plazo de entrega: 45 días	02-06-2022	12:48:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.3 LED blanco mínimo de 60 leds ¿Se podría cotizar como mínimo con 50 leds?	24-05-2022	15:15:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
LED blanco mínimo de 50 leds	02-06-2022	12:50:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Caja metálica ¿Se podría cotizar caja metálica y/o aluminio?	24-05-2022	15:17:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	02-06-2022	12:51:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Clamp Intestinal, Podrían permitir una variación de +/-3cm?	24-05-2022	15:18:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se podría	02-06-2022	12:52:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Separador Farabeuf ¿Se podría cotizar separador Farabeuf o tipo Parker?	24-05-2022	15:18:52

Listado de Consultas

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC		02-06-2022	12:53:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Separador Gosset de 10cm ¿Se podría cotizar con una variación de +/-2cm?		24-05-2022	15:20:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Separador Gosset de 10cm +/- 2 cm		02-06-2022	12:54:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Plazo de entrega Considerando la cantidad solicitada, podrían ampliar el plazo de entrega a por lo menos 60 días contados a partir de la suscripción del contrato		24-05-2022	15:21:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
plazo de entrega 60 días corridos contados a partir de la suscripción del contrato		02-06-2022	12:55:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Respecto al ítem 5.5. Se solicita a la convocante permitir la participación de equipos con rango de mAs de 0.5 a 400 mAs. Este es un parámetro propio de cada fabricante, que alcance un mayor valor no significa que es mejor el equipo o la calidad de la imagen. Los fabricantes realizan estudios donde determinan cuales son los mejores rangos y combinaciones de parámetros (kV, mA, mAs, etc.) que funcionan mejor de acuerdo a los componentes que utilizan en la fabricación del equipo.		24-05-2022	17:01:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Rango mAs de 0.5 a 400 mAs		02-06-2022	12:57:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita a la convocante la eliminación del ítem 7.9, dado que se repite la solicitud. En el ítem 5.9 se pide lo mismo.		24-05-2022	17:02:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Eliminar del 5.9		02-06-2022	12:58:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Suministros requeridos – especificaciones técnicas, Pág. 31, Ítem Nro. 3, detalla: Garantía: Se otorgará una garantía contra todo defecto de fábrica con la duración de 2 años a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo, la garantía incluirá mantenimiento preventivo (según recomendaciones del fabricante). Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos y Asistencia Técnica durante la duración de la garantía sin costo para el hospital.		24-05-2022	17:02:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC		07-06-2022	11:55:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita a la convocante prolongar el plazo de entrega del equipo. Extender a 100 - 120 días corridos contados a partir de la suscripción del contrato. Se debe considerar que estos equipos son nuevos, son fabricados por pedidos, no se tiene stock de estos. Además con la faltante de componentes electrónicos a nivel mundial los procesos de fabricación son más lentos en casos que haya escases. Por estos motivos se solicita amablemente extender el plazo de entrega.		24-05-2022	17:02:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC		07-06-2022	11:55:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem N°1 Equipo Esterilizador por óxido de Etileno Donde dice Sistema de extracción de bioseguridad para el operador, tipo campana localizada en la parte superior de la puerta. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos que cuentan con sistema de seguridad anti-fuga del agente ETO sin necesidad de la utilización del sistema de extracción de bioseguridad. De esta manera permitir la aceptación de equipos con mejores prestaciones tecnológicas y dar lugar de participación de mayor cantidad de oferentes. Por lo tanto mejores ofertas.		24-05-2022	17:48:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC		07-06-2022	11:56:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Item N°1 Equipo Esterilizador por óxido de Etileno Donde dice Extractor externo. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos que cuentan con sistema de seguridad anti-fuga del agente ETO sin necesidad de utilización de extractor externo.	24-05-2022	17:49:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	07-06-2022	11:57:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item N°1 Equipo Esterilizador por óxido de Etileno Donde dice Monitor permanente de óxido etileno residual ambiental, sensibilidad 1 a 99 ppm gas, con impresora. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos monitor permanente de ETO sin impresora con dispositivo de almacenamiento digital o memoria para almacenar eventos. Sugerimos monitor permanente de óxido etileno residual ambiental, sensibilidad 1 a 99 ppm gas con impresora o con dispositivo de almacenamiento digital o memoria. De esta aceptar equipos con mejores prestaciones y dar lugar de participación de mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas	24-05-2022	17:49:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	07-06-2022	11:57:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item N°1 Equipo Esterilizador por óxido de Etileno Donde dice Plazo de Entrega: 15 (quince) días contados a partir de la suscripción del contrato. Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega a 60 días hábiles, esta solicitud hace referencia que el tiempo de fabricación que lleva estos dispositivos generalmente superan los 30 días, así como su logística de transporte. La única salvedad de que se cumpla con el requerimiento actual (15 días) es si la empresa adjudicada ya cuenta con este equipo en particular para pronta entrega (generalmente correspondería a una CVE), esto se podría interpretar tal manera que el llamado esté dirigido para alguna marca/empresa en específico.	24-05-2022	17:54:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	07-06-2022	11:57:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item N°1 Equipo Esterilizador por óxido de Etileno Donde dice Plazo de Entrega: 15 (quince) días contados a partir de la suscripción del contrato. Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega a 60 días hábiles, esta solicitud hace referencia que el tiempo de fabricación que lleva estos dispositivos generalmente superan los 30 días, así como su logística de transporte. La única salvedad de que se cumpla con el requerimiento actual (15 días) es si la empresa adjudicada ya cuenta con este equipo en particular para pronta entrega (generalmente correspondería a una CVE), esto se podría interpretar tal manera que el llamado esté dirigido para alguna marca/empresa en específico.	24-05-2022	18:44:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	07-06-2022	11:58:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 5 Oxímetro de Pulso Donde dice batería interna recargable de al menos 36 horas de duración. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar batería interna recargable con durabilidad de al menos 32 horas, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.	24-05-2022	18:44:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:02:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 5 Oxímetro de Pulso Donde dice Rango de medición: SpO2: 0 al 100%. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con rango de medición: SPO2 de 1 al 100% considerando que el valor cero es un valor no medible en saturometría y de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.	24-05-2022	18:44:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:03:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 5 Oxímetro de Pulso Donde dice Base de cargador de baterías, 100-240VAC, 50/60Hz. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipo con cargador portátil tipo adaptador o mediante cable USB. Considerando su portabilidad y que el dispositivo requerido es de mano transportable ante cualquier circunstancia y que el cargador se podrá requerir en cualquier momento.	24-05-2022	18:45:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:03:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Item 5 Oximetro de Pulso Donde dice Plazo de Entrega: 15 (quince) días contados a partir de la suscripción del contrato. Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega a 30 días, considerando que estos dispositivos se fabrican en un periodo aproximado de 10 días sin contar con la logística de transporte (normalmente otros 15 días). De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y prever retrasos que podrían ocurrir por estos motivos.	24-05-2022	18:45:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:03:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 5 Oximetro de Pulso Donde dice Plazo de Entrega: 15 (quince) días contados a partir de la suscripción del contrato. Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega a 30 días, considerando que estos dispositivos se fabrican en un periodo aproximado de 10 días sin contar con la logística de transporte (normalmente otros 15 días). De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y prever retrasos que podrían ocurrir por estos motivos.	24-05-2022	19:02:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:04:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Lampara scialitica Donde dice Diámetro de campo de luz ajustable a 190 o menor a 280 mm o mayor Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con diámetro de campo de 190mm o menor a 260mm o mayor, considerando que el valor sugerido es muy cercana a lo solicitado y de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.	24-05-2022	19:02:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:05:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Lampara scialitica Donde dice Profundidad de 90 cm o mayor de 1 m de distancia de la fuente sin reenfoque Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con profundidad de 70cm o mayor a 1 m considerando que valor sugerido es muy cercana a lo solicitado y de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.	24-05-2022	19:02:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda, y ultima Versión del PBC.-	09-06-2022	11:21:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas solicitan: Batería interna recargable, de al menos 36 horas de duración, a fin de permitir un mayor número de oferentes, solicitamos se puedan ofertar batería interna recargable de 14 horas o mejor a manera de abrir las especificaciones.	24-05-2022	22:09:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:09:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de información: de al menos 270horas de SpO2 o mejor solicitada, sugerimos que se puedan guardar 300 grupos de lectura por cada ID	24-05-2022	22:10:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:10:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la capacidad de transferir datos a una PC, mediante software incluido, para revisión e impresión de eventos sea considerada opcional, como se trata de un equipo de bajas prestaciones y móvil, que no estará conectado de manera indeterminada a un paciente esta especificación no aplica	24-05-2022	22:10:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:11:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan que el plazo de Entrega: 15 (quince) días contados a partir de la suscripción del contrato, Solicitamos que se extienda a 90 días.	24-05-2022	22:14:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:11:23
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
PINZA ANATÓMICA: PINZA ANATÓMICA SIN DIENTE DE 22 CM Acero Inoxidable Sanitario Quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida 3 años de garantía mínima .- Marcación INC, para este instrumental por favor aclarar si está correcta la marcación solicitada	24-05-2022	22:14:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:12:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PINZAS CISTICAS: PINZA CISTICA 22 cm Acero Inoxidable al Carbono (Variación: + - 2), solicitamos respetuosamente se modifique a Acero Inoxidable Quirúrgico, puesto que el acero inoxidable al carbono se utiliza mayormente en instrumentales con filo	24-05-2022	22:15:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:12:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PINZA KOCHER: PINZA KOCHER CURVA DE 20 CM Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas, solicitamos en este punto se puedan ofertar PINZA KOCHER CURVA DE 18 CM, que será de la misma medida que la pinza Kocher recta	24-05-2022	22:15:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:12:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE FARABEUFEUF 18 CM Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variante: + - 2, considerando que la medida estándar de estos separadores es de 15 cm, se acepte una variante de 3 cm en la medida solicitada	24-05-2022	22:15:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:13:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SEPARADOR ABDOMINAL: SEPARADOR DE GOSSET DE 10cm Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas, en este punto solicitamos se puedan cotizar separador de Gosset de 12,5 cm	24-05-2022	22:16:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:13:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para este ítem por favor considerar un aumento en el precio referencial de manera a asegurar la entrega de instrumentales de alta calidad y con duración en el tiempo	24-05-2022	22:17:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	07-06-2022	12:13:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para todos los items solicitamos 120 días a apartir de la recepcion de orden compra.	24-05-2022	22:18:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	09-06-2022	11:22:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para este ítem considerar una actualizacuon en el precio referencial de manera a asegurar la entrega de instrumentales de alta calidad y con duración en el tiempo.	24-05-2022	22:20:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	07-06-2022	12:16:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 2.2 donde dice Altura de la mesa de 75cm o mayor, solicitamos muy amablemente a la convocante permita la cotización de equipos con altura de mesa de 65 cm o mayor, considerando que a mayor altura de la mesa se vuelve mas incomodo y poco practico que pacientes con capacidades limitadas o con alguna patología pueda subir sobre la mesa con mucho esfuerzo, además este valor muy alto se da para aquellas partes del mundo donde la altura promedio de las personas se mucho superior a la media de nuestro país. En ese sentido y además para dar apertura a las especificaciones técnicas solicitamos este pedido, por otro lado este cambio no afecta en la funcionalidad y finalidad del equipo de rayos solicitado, más bien le dará un mayor performance para el usuario final que son los pacientes. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Altura de la mesa de 65cm o mayor.	24-05-2022	22:20:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:17:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2.3 donde dice Ancho de la superficie de la mesa de 80cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con ancho de superficie de mesa de al menos 70 cm y así dar apertura a los potenciales oferentes	24-05-2022	22:21:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	07-06-2022	12:22:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2.6 donde dice Movimiento longitudinal motorizado de ± 75 cm o mayor. Debe poseer mecanismos de auto retracción, de manera a prevenir contacto con el suelo durante la angulación de la mesa solicitamos amablemente a la convocante se permita cotizar tecnología superior en donde la cobertura completa del paciente está garantizada por los grandes desplazamientos del conjunto de tubo/detector, y que no requiere ningún movimiento longitudinal de la mesa con el objetivo de dar la máxima comodidad y seguridad del paciente. En este contexto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera Movimiento longitudinal motorizado de ± 75 cm o mayor. Debe poseer mecanismos de auto retracción, de manera a prevenir contacto con el suelo durante la angulación de la mesa; ó la cobertura completa del paciente este garantizada por los grandes desplazamientos del conjunto de tubo/detector, no requiriendo ningún movimiento longitudinal de la mesa con el objetivo de dar la máxima comodidad y seguridad del paciente.	24-05-2022	22:21:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:24:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2.7 donde dice Movimiento transversal motorizado de ± 17 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante que permita cotizar equipos con movimiento transversal motorizado de ± 16 cm o mayor, y así se dará apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.	24-05-2022	22:21:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:24:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3.4 donde dice Rango de desplazamiento de 100cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante primeramente aclarar que el desplazamiento solicitado es el vertical y así evitar interpretaciones subjetivas, además permita la cotización de equipos con desplazamiento vertical de al menos 70 cm, este cambio no modifica ni altera la funcionalidad del equipo y mucho menos afecta al usuario final (paciente); da apertura a la participación de potenciales oferentes.	24-05-2022	22:21:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:25:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5.8 donde dice Frecuencia del generador de al menos 80kHz o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con frecuencia del generador de al menos 60 kHz y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.	24-05-2022	22:22:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:25:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6.2 donde dice Capacidad calórica del anodo de 800kHU o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad calórica del ánodo de al menos 300 kHU y así dar participación de potenciales oferentes que cuentan con otra tecnología mas moderna capaz de garantizar la disipación de energía calórica del tubo siendo mas eficiente. En ese sentido solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Capacidad calórica del anodo de 300kHU o mayor.	24-05-2022	22:22:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:26:29

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que el ítem 6.3 donde dice Capacidad calórica de la carcasa del tubo de 2.300KHU o mayor sea considerado opcional, ya que es un parámetro que usualmente no lo utilizan los fabricantes para indicar velocidad de enfriamiento del tubo, mas bien el parámetro tecnico que indica esto es lo solicitado en el ítem 6.2	24-05-2022	22:23:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Opcional	07-06-2022	12:27:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos extender el plazo de entrega a 120 días. Esto considerando el tiempo de producción de este tipo de equipos complejos, que en el mejor de los casos son dos meses, a eso se debe sumar las semanas de tránsito que mínimamente si viene de Europa u otro continente se trata entre 70 a 90 días. Luego por ultimo todo el tiempo de gestión que se ocupa en nuestra aduana, que en el mejor de los casos en 3 a 4 semanas se libera y es posible realizar la entrega. Pedir 60 días para equipos de esta envergadura no es posible en nuestro medio, en ese sentido solicitamos amablemente se extienda el plazo de entrega a 120 días.	24-05-2022	22:23:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	07-06-2022	12:28:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En Normativas de Calidad donde dice Normas de calidad especificas FDA, CE o JIS A1 menos una de ellas, Solicitamos a la convocante pueda incluir normas del Mercosur que son similares y acordes a las normas solicitadas.	24-05-2022	23:31:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	09-06-2022	11:23:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En Normativas de Calidad donde dice Normas de calidad especificas FDA, CE o JIS A1 menos una de ellas, Solicitamos a la convocante pueda incluir normas del Mercosur que son similares y acordes a las normas solicitadas.	24-05-2022	23:37:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	09-06-2022	11:24:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.2 donde dice Capacidad calórica del ánodo de 800KHU o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad calórica del ánodo de al menos 600 KHU y permitir la mayor cantidad de oferentes considerando que este modificación de parametro no afectará al desempeño del equipo, puesto que la capacidad calórica solicita es muy elevada, pudiendo satisfacerse la demanda con tubos de menor capacidad calórica.	25-05-2022	07:55:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:30:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante exigir para el ítem 3- Equipo de Rayos X Telecomandada, la CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA ARRAN como empresa encargada de realizar IMPORTACIÓN de Fuentes de Radiación Ionizante, conforme lo establece la LEY 5169/14 Reglamentada por la Resolución -D-ARRN N° 26/2016.	25-05-2022	07:55:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:31:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante exigir para el ítem ítem 3- Equipo de Rayos X Telecomandada, la AUTORIZACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CATEGORÍA III que otorga la ARRAN para Equipos ARCO en C (emisores de Fluoroscopia) según la clasificación de Prácticas de Riesgo en la Resolución -D-ARRN N° 26/2016 que reglamente la LEY 5169/14.	25-05-2022	07:56:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:31:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.8 donde dice Frecuencia del generador de al menos 80kHz o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con frecuencia del generador de al menos 50 kHz y así permitir una mayor cantidad de oferentes, sin afectar a la eficiencia ni prestaciones que pudiera tener el generador de alta tensión.	25-05-2022	07:56:59
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:33:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante exigir para el ítem 3- Equipo de Rayos X Telecomandada, a todo el Plantel Técnico encargado para la prestación de servicio técnico durante el periodo de Garantía. Que cuente con AUTORIZACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJADOR OCUPACIONALMENTE EXPUESTO (TOE) que es la credencial habilitante y obligatoria de cumplimiento individual a todos los técnicos encargados para prestar servicios a los equipos emisores de radiación ionizante establecida en la LEY 5169/14 Reglamentada por la Resolución -D-ARRN N° 26/2016.	25-05-2022	07:57:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:33:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante exigir para el ítem 3- Equipo de Rayos X Telecomandada, CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO o constancia en trámite de emisión otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria en el marco de la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016 cualquier Dispositivo Médico, Materiales Cortopunzantes y Equipos de Protección individual, debe contar con la concesión a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Registro Sanitario por el cual se INSCRIBE y consecuentemente se AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN de un Dispositivo Médico.	25-05-2022	07:57:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	07-06-2022	12:34:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 2.7 donde solicitan Movimiento transversal motorizado de ± 17 cm o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante permitir ofrecer equipos que tengan un movimiento transversal motorizado de $\pm 12,0$ cm o mayor, con este desplazamiento se puede obtener un área de cobertura del paciente suficiente para la realización de cualquier tipo de estudio.	25-05-2022	07:59:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:35:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 3: Equipo de Rayos X Fijo digital telecomandado , durante la visita técnica realizada, se observó que en la Sala Nro. 7 del Área de Imágenes (sala destinada al ítem Nro.3), se encuentra instalado un Equipo de RX telecomandado marca SIEMENS modelo AXION ICONO MD inoperativo, por lo que, amablemente solicitamos a la Convocante definir si la Empresa Adjudicada deberá realizar la desinstalación y el traslado del equipo a su sitio de disposición final y caso afirmativo definir también el sitio de almacenaje del equipo desinstalado.	25-05-2022	08:02:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si. La Empresa Adjudicada deberá realizar la desinstalación y el traslado del equipo a su sitio de disposición final, dentro del Hospital Nacional de Itauguá.-	09-06-2022	11:28:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC en su Pág. 31, Ítem Nro. 3, detalla: Otros requerimientos: El oferente adjudicado deberá prever la adecuación de la estructura para su instalación y puesta en marcha. Se solicita amablemente a la Convocante definir: 1- Si la adecuación de la estructura mencionada incluye la provisión e instalación de la protección radiológica de la sala. 2- Si la adecuación de la estructura incluye el sistema de climatización de la sala	25-05-2022	08:03:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:36:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en EQUIPOS MEDICOS y/o EQUIPAMIENTO MEDICO con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los 3 (tres) últimos años (2019-2020-2021) Consulta: Se solicita aclaración si será en sumatoria de los últimos 3 años, o en cualquiera de los últimos tres años siempre que en sumatoria alcancen el porcentaje requerido.-	25-05-2022	08:04:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se podrá presentar cualquiera de los últimos tres años siempre que en sumatoria alcancen el porcentaje requerido.-	09-06-2022	12:08:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta a la Convocante la posibilidad de contemplar la Constancia SIPE para acreditar las documentaciones solicitadas para el pago, siempre y cuando estas se encuentren en estado Activo o Histórico conforme lo establece la Res. DNCP N° 1993/2018.-	25-05-2022	08:04:55

Listado de Consultas

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC		09-06-2022	12:08:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante contemplar el pago de anticipo del 20% teniendo en cuenta el monto del contrato y el plazo para la entrega de los bienes.-		25-05-2022	08:05:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC		09-06-2022	12:09:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para bienes importados ugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente: Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.-		25-05-2022	08:08:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC		09-06-2022	12:10:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 2.6 donde solicitan: Movimiento longitudinal motorizado de ± 75 cm o mayor. Debe poseer mecanismos de auto retracción, de manera a prevenir contacto con el suelo durante la angulación de la mesa. Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requisito o en todo caso permitir ofrecer equipos sin movimiento logitudinal asegurando un área de cobertura mínimo de metros o más garantizando con esto la cobertura de la gran mayoría de pacientes paraguayos, y evitando con esto el movimiento longitudinal del paciente durante los estudios, esto redundando en un mayor confort y seguridad del paciente.		25-05-2022	08:21:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC		07-06-2022	12:38:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 11 donde solicitan Plazo de Entrega: 60 (sesenta) días contados a partir de la suscripción del contrato Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega a 120 días, considerando el tiempo de producción del equipo de alta complejidad solicitado además de que son equipos construidos en Europa o Asia, con un tiempo de travesía por mar cercano a los 90 días.		25-05-2022	08:24:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al PBC		07-06-2022	12:39:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones se solicita que donde dice: Diámetro de campo de luz ajustable de 190 o menor a 280 mm o mayor, diga: Diámetro de campo de luz ajustable de 200 o menor a 250 mm o mayor		25-05-2022	08:27:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC		07-06-2022	12:40:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cialítica debe tener panel de control principal localizado en la pared y panel de control individual en cada cúpula. Es decir, la cialíticas pueden ser comandadas desde la pared por un personal de enfermería o por el propio cirujano en la propia cúpula.		25-05-2022	08:27:46
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Opcional		07-06-2022	12:40:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la scialítica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de forma a evitar la caída de la potencia de la iluminación que es inherente a los LEDs. Esto posibilita una iluminación constante durante toda la cirugía.		25-05-2022	08:28:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC		07-06-2022	12:41:19
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se estableció un tiempo de vida útil de 30.000hs de los LEDS. Cabe mencionar que la cantidad de horas de vida útil es directamente proporcional a la calidad de los leds. Es decir, cuanto menor es la vida útil de menor calidad son los leds. Actualmente la tecnología de los leds está muy avanzada y por lo tanto se solicita que donde dice: Tiempo de vida útil 30.000 horas mínimas. Diga: Tiempo de vida útil 50.000 horas mínimas	25-05-2022	08:28:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	07-06-2022	12:42:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cialítica debe ser compatible con Flujo Laminar.	25-05-2022	08:29:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No hay flujo laminar	07-06-2022	12:42:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Considerando que la IEC IEC 60601-2-41 no establece un la cantidad de leds que debe poseer una cialítica y que no todos los fabricantes de cialíticas poseen exactamente 60 leds en sus cúpulas. La producción y calidad de la luz emitida y colimada no es directamente dependiente de la cantidad de leds que se utilizan y si del sistema óptico que optimiza el flujo de luz producido. Favor considerar este ítem opcional o retirar, porque es irrelevante y dirige las especificaciones a una marca y modelo.	25-05-2022	08:29:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Opcional	07-06-2022	12:44:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA favor aclarar si el diámetro de campo de luz debe ser ajustable electrónicamente.	25-05-2022	08:29:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Podría ser manualmente	07-06-2022	12:45:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la debe poseer control de intensidad digital y electrónico de 10 a 100% ajustable en un panel de control localizado en la pared y en la cúpula principal y la cúpula satélite.	25-05-2022	08:30:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es necesario	07-06-2022	12:45:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita que donde dice; Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 93 % como mínimo, también se agreguen el Índice de Rendimiento de color R9 (Rojo saturado) de 90% o mayor, el Índice de Rendimiento de color R13 (color de la piel) del 95% o mayor.	25-05-2022	08:30:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:45:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el la scialítica debe tener luz ambiental para cirugías con video laparoscopia o endoscópicas.	25-05-2022	08:30:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es necesario	07-06-2022	12:47:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta En las especificaciones se solicita solamente la profundidad de iluminación al 20%, pero actualmente la Norma IEC 60601-2-41 Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las luminarias quirúrgicas y las luminarias para diagnóstico, solicitan que se especifiquen también la profundidad de iluminación al 60%. Por lo to, se solicita que en las especificaciones también se solicite la profundidad al 60%, se recomienda un mínimo de 50cm o mayor, de forma a atender la Norma IEC 60601-2-41. Favor verificar.	25-05-2022	08:31:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:47:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener panel de control, instalada en la pared de la sala, donde se pueden controlar funciones como: Encendido/Apagado, Selección de la cialítica principal y satélite, Luz ambiental, Control de intensidad luminosa, Diámetro del punto focal, Indicador visual del nivel de carga de la batería. Favor especificar.	25-05-2022	08:31:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es necesario	07-06-2022	12:47:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cialítica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de forma a evitar la caída de la potencia de iluminación, lo que posibilita una iluminación constante durante toda la cirugía.	25-05-2022	08:31:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es necesario	07-06-2022	12:48:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la cialítica debe detectar sistema automático para la detección de la cabeza del cirujano y compensar su sombra aumentando automáticamente la intensidad en los otros leds.	25-05-2022	08:31:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es necesario	07-06-2022	12:48:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan adecuación de la sala, favor indicar el alcance de estas adecuaciones: Iluminación, climatización, blindaje de protección de rayos x, adecuaciones edilicias?	25-05-2022	08:31:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:49:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita: Batería interna con indicador de la carga y autonomía, con carga de 100% de al menos 3 horas, Considerando que, por Norma técnica, todas las salas del centro quirúrgico de un hospital deben contar con respaldo de un generador, no se justifica funcionamiento a batería por tres horas. Solicitamos que este requerimiento sea opcional.	25-05-2022	08:31:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	07-06-2022	12:49:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: "Pág. 31, Ítem Nro. 3, detalla: Garantía: Se otorgará una garantía contra todo defecto de fábrica con la duración de 2 años a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo, la garantía incluirá mantenimiento preventivo (según recomendaciones del fabricante). Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos y Asistencia Técnica durante la duración de la garantía sin costo para el hospital. Solicitamos a la convocante: 1. Aclarar si el Tubo de Rayos X también deberán tener una garantía de 2 años ya que el mismo es considerado como materiales de desgastes y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante. 2. Aclarar que la garantía no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes natural.	25-05-2022	08:41:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La garantía incluye los materiales de desgaste	07-06-2022	12:51:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes poseen batería interna recargable, de al menos 36 horas de duración. De forma a no dirigir las especificaciones se consulta si se puede cotizar equipos con batería interna recargable, de al menos 24 horas de duración	25-05-2022	08:53:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:52:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones se consulta si se puede cotizar equipos con medición de frecuencia de Pulso de 25 a 240 BPM o mejor. .	25-05-2022	08:54:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:52:50
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar equipos con pantalla del tipo touchscreen color con presentación de ondas plethysmográficas y monitorización continua de parámetros como: Saturación de Oxígeno, Índice de perfusión y Frecuencia de pulso.	25-05-2022	08:54:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	07-06-2022	12:53:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe poder medir la Saturación de Oxígeno (SpO2) en condiciones de baja perfusión y movimiento.	25-05-2022	08:54:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es necesario	07-06-2022	12:53:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita Precisión: SpO2: 70 al 100%, pero no se indica la precisión. Se recomienda una precisión de 2% en condiciones sin movimiento, 2% en condiciones de baja perfusión y 3% en condiciones de movimiento.	25-05-2022	08:55:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	07-06-2022	12:54:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener perfiles para pacientes Neonatales, Pediátricos y Adultos.	25-05-2022	08:55:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si debe de tener	07-06-2022	12:54:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener sensibilidad ajustable y seleccionable de bajo, medio y alto en casos de baja perfusión y movimiento.	25-05-2022	08:55:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	07-06-2022	12:55:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un solo fabricante, se solicita que los ítems Capacidad de almacenamiento de información: de al menos 270 horas de SpO2 o mejor y Capacidad de transferir datos a una PC, mediante software incluido, para revisión e impresión de eventos sean considerador OPCIONALES porque dirigen las especificaciones a un solo fabricante.	25-05-2022	08:55:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:56:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones, se solicita que donde dice: Base de cargador de baterías, 100-240VAC, 50/60Hz. Diga: Adaptador o Base de cargador de baterías, 100-240VAC, 50/60Hz	25-05-2022	08:56:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:56:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones, se solicita que donde dice: Capacidad de almacenamiento de información: de al menos 270horas de SpO2 o mejor, diga Capacidad de almacenamiento de información: de al menos 72 horas de SpO2 o mejor. Con esto se atendería perfectamente la necesidad de cualquier servicio del hospital. Favor corregir para permitir la participación de mayor cantidad de oferentes.	25-05-2022	09:14:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:56:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe medir Frecuencia respiratoria y el índice de variabilidad pletismográfica que es un parámetro utilizado para determinar si el paciente es respondedor a carga de líquidos. Estos parámetros ya están incluidos en la mayoría de los saturómetros fabricados actualmente. Favor verificar	25-05-2022	09:15:11

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	07-06-2022	12:57:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a la coyuntura y problemática en los transportes, se solicita que el plazo de entrega se de 45 días a partir de la emisión de la orden de compra.	25-05-2022	09:17:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:57:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a la coyuntura y problemática en los transportes, se solicita que el plazo de entrega sea de 90 días a partir de la emisión de la orden de compra.	25-05-2022	09:17:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	07-06-2022	12:58:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a la coyuntura y problemática en los transportes, se solicita que el plazo de entrega sea de 45 días a partir de la emisión de la orden de compra.	25-05-2022	09:17:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	09-06-2022	12:11:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que una cúpula no debe tener topes, se solicita que donde dice Con giro rotatorio de 306° o mas, diga cúpula con giro rotatorio de 360° sin topes.	25-05-2022	09:20:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 2, y Versión: 3 del PBC	07-06-2022	12:59:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 3 Rayos X fijo Digital Telecomandado Donde dice Ancho de la superficie de la mesa de 80cm o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con ancho de la superficie de la mesa de 75cm +/- 5cm teniendo en cuenta que esto no implica desvío sustancial de la oferta ni de las capacidades técnicas del equipo y de esta manera dar mayor participación de oferentes	25-05-2022	09:31:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	07-06-2022	12:59:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 3 Rayos X fijo Digital Telecomandado Donde dice Rotación del tubo de +90° a -180° o mejor . Solicitamos amablemente a la convocante aclarar este punto para evitar confusiones al momento de la evaluación pudiendo dejar afuera a oferentes que cumplen con lo solicitado y se cite de la siguiente manera Rotación del tubo de +90 a -180° o mayor teniendo en cuenta que la posición +90° del tubo es cuando la mesa se encuentra paralela al piso y el colimador se encuentra en una posición perpendicular a la mesa.	25-05-2022	09:32:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda, y la ultima Versión del PBC.-	09-06-2022	12:13:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 3 Rayos X fijo Digital Telecomandado Donde dice Capacidad calórica del ánodo de 800KHU o mayor Teniendo en cuenta que actualmente la tecnología disponible en equipos de alta gama permiten obtener mejores resultados con una Perdida de calor inferior, permitiendo así mayor flujo de trabajo y cuidando de esta manera las propiedades físicas del tubo de rayos X volviendolo más eficas a la hora de realizar los estudios solicitamos amablemente a la convocante se cite lo siguiente Capacidad calórica del ánodo de 600 KHU o mayor permitiendo así que los potenciales oferente puedan ofertar equipos de altas prestaciones y así evitar daños técnicos en periodos cortos de tiempo y con esto actualizar a lo que actualmente esta disponible en el mercado como tecnología de punta debido a que lo solicitado forma parte de especificaciones técnicas desfasadas en el tiempo.	25-05-2022	09:32:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda, y la ultima Versión del PBC.-	09-06-2022	12:14:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Item 3 Rayos X fijo Digital Telecomandado Donde dice Capacidad calórica de la carcaza del tubo de 2.300kHU o mayor Teniendo en cuenta que actualmente la tecnología disponible en equipos de alta gama permiten obtener mejores resultados con una Perdida de calor inferior, permitiendo así mayor flujo de trabajo y cuidando de esta manera las propiedades físicas del tubo de rayos X volviendolo más eficas a la hora de realizar los estudios solicitamos amablemente a la convocante se cite lo siguiente Capacidad calórica de la carcaza del tubo de 2.000kHU o mayor permitiendo así que los potenciales oferente puedan ofertar equipos de altas prestaciones y así evitar daños técnicos en periodos cortos de tiempo y con esto actualizar a lo que actualmente esta disponible en el mercado como tecnología de punta debido a que lo solicitado forma parte de especificaciones técnicas desfasadas en el tiempo.	25-05-2022	09:33:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Opcional	09-06-2022	12:15:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 6 - LAMPARA CIALITICA En una parte de las especificaciones técnicas dice: Batería interna con indicador de la carga y autonomía , con carga de 100% de al menos 3 horas. Solicitamos a la Convocante aclarar si es posible ofertar con batería externa (ups).	25-05-2022	09:41:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	09-06-2022	12:16:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 3 Rayos X fijo Digital Telecomandado Donde dice Con capacidad de almacenamiento de al menos 40.000 imágenes en matriz de 1k x 1k Solicitamos a la convocante aceptar equipos con mejores prestaciones de almacenamiento de imágenes, considerando que estos dispositivos hacen parte de servicios con alto flujo de trabajo y generalmente el almacenamiento de las imágenes suelen superar dichas capacidades de almacenamiento y esto suele requerir de asistencia técnica en corto periodo de tiempo. Sugerimos Con capacidad de almacenamiento de al menos 100.000 imágenes, de esta manera ampliar las prestaciones del equipo	25-05-2022	09:41:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	09-06-2022	12:17:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Plan de entrega de los bienes. Respetuosamente solicitamos al Convocante que este punto quede de la siguiente manera: 60 (sesenta) días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra, para todos los items.	25-05-2022	09:44:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	09-06-2022	12:18:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ÍTEM 7 - Caja de Cirugía para abdomen. Con todo respeto solicitamos al Convocante incorporar un rango de variación permitido de +/- 3 cms para los instrumentales.	25-05-2022	09:45:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	09-06-2022	12:20:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ÍTEM 7 - Caja de Cirugía para abdomen. Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de oferta con instrumentales de diferentes marcas y orígenes, a los efectos de completar la totalidad de los instrumentales que componen la caja.	25-05-2022	09:47:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si se podría aceptar con diferentes marcas y orígenes, toda vez que cumplas con las EETT requeridas	09-06-2022	12:21:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
° Donde dice: SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR MALEABLE MEDIANA Acero Inoxidable Sanitario.de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas. No menciona la medida, por lo tanto, solicitamos aclare la misma. Sugerimos una medida aproximada de 25 cm.	25-05-2022	09:49:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda, y la ultima Versión del PBC.-	09-06-2022	12:22:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 6 - LAMPARA CIALITICA En una parte de las especificaciones técnicas dice: Batería interna con indicador de la carga y autonomía , con carga de 100% de al menos 3 horas. Al decir interna, obviamente esta debe estar dentro de la lámpara, es decir que la batería debe estar colocada en una de las cúpulas. Solicitamos a la Convocante confirmar esto.	25-05-2022	09:50:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Si debe estar dentro de la cúpula.-	09-06-2022	12:24:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 3 Rayos X fijo Digital Telecomandado Donde dice Frecuencia del generador de al menos 80kHz o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el requerimiento a 150Khz o mayor, teniendo en cuenta que son requerimientos actuales de equipamientos con mejores prestaciones, considerando que la solicitud actual forma parte de especificaciones técnicas desfasadas en el tiempo.	25-05-2022	09:52:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda, y la ultima Versión del PBC.-	09-06-2022	12:25:08

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508006391	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA	14-06-2022	14-06-2022	10-12-2022
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 2		
PÓLIZA N°: 1508053782 - END.: 000	Póliza	La consolidada S.A. de Seguros	14-06-2022	14-06-2022	11-12-2022
Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1					
Categoría: Mediana			Nro. Oferente: 3		
1508005526	Póliza	Royal Seguros S.A.	14-06-2022	15-06-2022	22-11-2022
Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 4		
1508007654	Póliza	Patria S.A de Seguros y Reaseguros	14-06-2022	15-06-2022	12-12-2022
Oferente: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - RUC: 80025575-5					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 5		
1508019197	Póliza	ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA SAECA	14-06-2022	14-06-2022	21-11-2022
Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 6		
1508001927	Póliza	Regional Seguros	14-06-2022	14-06-2022	11-12-2022

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80011068-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7
1508019200	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	14-06-2022	14-06-2022	16-11-2022

Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 8
1508019195	Póliza	Aseguradora Paraguaya S.A.E.C.A.	14-06-2022	14-06-2022	21-11-2022

Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 9
1508007658	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	14-06-2022	14-06-2022	01-12-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42281508-9980	Equipo Esterilizador por Oxido de Etileno					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	SHINVA	Shinva Medical Instrument Co., Ltd.	XG2.C-130	CHINA		785.046.099	785.046.099
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	STERI-VAC 3M	3M	8GS	USA	EQUIPO ESTERILIZADOR POR OXIDO DE ETILENO	683.000.000	683.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42183023-007	Autorefractometro					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	G-MEDICS	G-MEDICS Company	Single LTL	Corea	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas	70.000.000	140.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	41111808-001	Equipo de rayos X fijo con Telecomandada					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens Healthineers	Siemens Healthineers AG	Luminos Impulse	China	Equipo de rayos X fijo con Telecomandada	2.100.000.000	2.100.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VILLA SISTEMI MEDICALI	VILLA SISTEMI MEDICALI SPA	APOLLO DR-F SYSTEM	ITALIA	Equipo de rayos X fijo con Telecomandada	2.541.419.200	2.541.419.200

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	42182018-001	Broncofibroscopio Adulto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

BIOERIX S.A. - 80051821-7	OLYMPUS	OLYMPUS MEDICAL SYSTEM CORP	BF-TE2	JAPON	BRONCOFIBROSCOPIO ADULTO	195.000.000	195.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. Kg	11004BC	Alemania	Broncofibroscopio adulto	190.000.000	190.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	42181801-001	Oxímetro de pulso					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	CREATIVE	SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY Co., LTD	SP-20	China	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas	11.000.000	110.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	ARI	ARI Medical Technology Co., Ltd.	HO-100	CHINA		8.596.250	85.962.500
ALBATROS SACI - 80002766-3	Advanced	Advanced Instrumentations Inc.	PB-100B	USA	Oxímetro de pulso	8.000.000	80.000.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	JIANGSU KONSUNG	JIANGSU KONSUNG BIOMEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD	SONOSAT - F01W	CHINA		7.000.000	70.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	BLT	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd.	M800	China	Oxímetro de pulso	9.313.000	93.130.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	39101602-002	Lampara cialitica de techo					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	KLS MARTIN	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG	marLED E 9i battery + marLED E 3	Alemania	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas	220.000.000	440.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	ARI	ARI Medical Technology Co., Ltd.	AML760/760	CHINA		191.924.267	383.848.534
ALBATROS SACI - 80002766-3	Barrfab	BARRFAB INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTI HOSPITALARE LTDA.	BFH2	Brasil	Lámpara Cialítica de techo	200.000.000	400.000.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	MEDPEJ	MEDPEJ EQUIPAMENTI MEDICOS LTDA	FL2000	BRASIL	Lampara Cialitica de Techo	160.000.000	320.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	BAUMER	BAUMER S.A	F-0102-500700	BRASIL	Lampara cialitica de techo	281.473.000	562.946.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	42171910-9998	Caja de Cirugía General para cirugía abdominal					30
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Medicon / Bob	Medicon eG / Bob Instruments GmbH	No aplica	Alemania	Caja de cirugía General	50.000.000	1.500.000.000
CATERERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Nopa	Nopa Instruments Medizintechnik GmbH	No aplica	Alemania	Caja de Cirugía General para cirugía abdominal	65.000.000	1.950.000.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	REDA	REDA INSTRUMENTI GmbH	KIT CAJA DE CIRUGIA ABDOMINAL	ALEMANIA		55.000.000	1.650.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	AS MEDIZINTECHNIK	AS Medizintechnik GmbH	Caja de Cirugía General para cirugía abdominal	ALEMANIA	Caja de Cirugía General para cirugía abdominal	124.516.100	3.735.483.000

Beneficio MyPIMES

1 - Equipo Esterilizador por Oxido de Etileno

Oferente	Precio	Fecha	Hora
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	662.900.000	15-06-2022	07:59:57.531

6 - Lampara cialitica de techo

Oferente	Precio	Fecha	Hora
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	240.000.000	15-06-2022	09:35:08.842

Listado General de todas las Ofertas

1 - Equipo Esterilizador por Oxido de Etileno

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	662.900.000	15-06-2022	07:59:57.531	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	5b603e614530a9c2f2871a02b72542e5	
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	663.000.000	15-06-2022	07:56:39.270	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c5f11c05530959045344f083ab12f5a	
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	680.000.000	15-06-2022	07:55:38.480	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb60121dbded094f87ecc7d4415ffbc6	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	680.000.000	15-06-2022	07:56:50.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1fab4151599eadb675e7dd6aeb19b8e6	
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	683.000.000	15-06-2022	07:30:26.668	Propuesta
		Código Verificador:	b160569f3056f4a68b75e5906aec7d12	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	705.000.000	15-06-2022	07:53:26.355	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23b62212506e0081defd84797d5e2505	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	785.046.099	15-06-2022	07:30:26.658	Propuesta
		Código Verificador:	e574651af028555df5acbc89f5d3a380	

2 - Autorefractometro

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	114.000.000	15-06-2022	08:17:50.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a7cc798c4951d5b535fcf93d77f2846	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	120.000.000	15-06-2022	08:11:04.279	Etapas de Puja
		Código Verificador:	80ca056c8316e220d623a3fd6f4cda77	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	140.000.000	15-06-2022	07:30:26.794	Propuesta
		Código Verificador:	d6b75879022d4102f049d136f929f99c	

3 - Equipo de rayos X fijo con Telecomandada

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.225.900.000	15-06-2022	08:39:12.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c57879566c82cd805236f8f34e708b5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.235.900.000	15-06-2022	08:38:52.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23743e57df74c1c16d645028afdbd8c6	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.254.000.000	15-06-2022	08:38:45.921	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	239994c0d736a41bc1c4539d2d0677d7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.255.900.000	15-06-2022	08:38:09.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a66984271ce1b4faf704360016c7eea3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.275.900.000	15-06-2022	08:37:53.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c354483b3c8c2fd9d195f17dfaa5d57d	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.280.000.000	15-06-2022	08:37:58.137	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	633f2f316f3d4a081487b1a62f22cb46	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.290.900.000	15-06-2022	08:37:44.942	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff53d6f22a58b66602cf371c4d120d1a	

Listado General de todas las Ofertas

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.300.000.000	15-06-2022	08:37:39.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85c139aa354144db2a9679c4ba11fa17	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.305.900.000	15-06-2022	08:37:27.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a026150ec816e6200042522c1794ca2	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.310.000.000	15-06-2022	08:37:29.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27fcb168f4f651dddebfa45900e725	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.315.900.000	15-06-2022	08:37:17.839	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3016bf52dfaed4d771f6d52721607d8f	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.330.000.000	15-06-2022	08:37:15.480	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f18454f08aad161c7458b31f1632ad1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.335.900.000	15-06-2022	08:37:07.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97994dd400f3f51d4e09884f208de609	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.350.000.000	15-06-2022	08:37:05.631	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85fbf675cf5aa9bab33e3d04ec4630d8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.355.900.000	15-06-2022	08:36:59.609	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93f18507327bbcd95e504012374942ed	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.370.000.000	15-06-2022	08:36:55.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	254db63528158bc1c1cd40079137fde4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.375.900.000	15-06-2022	08:36:49.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	828c7969f208f20480ef7adbf98e8e58	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.390.900.000	15-06-2022	08:36:41.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd2107775eb8b4cf556d17959322dde6	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.400.000.000	15-06-2022	08:36:37.800	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7900903c705ee02138eb8320a66e38c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.425.900.000	15-06-2022	08:36:26.450	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6877e0f6c5b3daf51d1891bd1b2749a9	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.430.000.000	15-06-2022	08:36:27.821	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a86fac8e644225ed6ecd085e4e34029	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.475.900.000	15-06-2022	08:36:20.603	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45ff9ff00156391f3e173d3578154e3e	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.480.000.000	15-06-2022	08:36:16.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ba6e2512c4f908d7907106f7aedbaad	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.490.900.000	15-06-2022	08:36:12.389	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c609df807924269c81d07fafa82d40c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.520.900.000	15-06-2022	08:36:03.154	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d196f6419f3ccae614496388f00140e7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.570.900.000	15-06-2022	08:35:57.771	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	233384c82c5eaa8cb6600e15ded72dc3	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.580.000.000	15-06-2022	08:35:57.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3d562782654136da02d2012d4484825	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.595.900.000	15-06-2022	08:35:49.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18a8b85a8f0b7ebe2111d3c3c4c26a10	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.610.000.000	15-06-2022	08:35:46.702	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7725b965f9d8f0557524942262935424	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.630.900.000	15-06-2022	08:35:37.809	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07ecc67b437663cb561fb203f80fcd8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.690.900.000	15-06-2022	08:35:32.519	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a27879ce6059f99cea39062f1059f5b6	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.700.000.000	15-06-2022	08:35:24.268	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ceba84f81fe7967572b523e94a5a065	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.735.900.000	15-06-2022	08:35:23.358	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e936916d97413860bf88b1bfd954adaf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.765.900.000	15-06-2022	08:35:08.644	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	f1d6a28e568d21b85c7918d8e9e73f95	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.790.000.000	15-06-2022	08:34:56.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc63e842bfbea5e2e37654c44e1be723	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.790.900.000	15-06-2022	08:35:01.262	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdb60e2ec2d11cf78046c63f853ff781	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.820.900.000	15-06-2022	08:34:44.863	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	647096dc02c6de21dfd365c91662882c	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.830.000.000	15-06-2022	08:34:43.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8da8303a7b086fa35fdd00868bf48725	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.850.900.000	15-06-2022	08:34:33.299	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ac2205faf090dcb954c4a1a7a761d2	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.860.000.000	15-06-2022	08:34:25.996	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d40b0ee2e34bf422f1231cf1061a3829	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.919.900.000	15-06-2022	08:34:11.961	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c321f5a617382bbace6e2385bf3750d	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.920.000.000	15-06-2022	08:34:03.948	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8443a77d5af28e97a7668db9e65a3de0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.945.900.000	15-06-2022	08:33:50.431	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0803a6e2aa1c6210f46f4ec81876e8c1	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.950.000.000	15-06-2022	08:33:36.288	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da88eac1a1e8205572aa2b052c3f79ea	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.080.900.000	15-06-2022	08:33:20.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5aaf1eae4da5eeb14b59c7cdcafa9d4	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.100.000.000	15-06-2022	07:30:27.106	Propuesta
		Código Verificador:	5053b51e79a76f81ee79bff8b9e019e7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.541.419.200	15-06-2022	07:30:27.104	Propuesta
		Código Verificador:	f3e2c305b31aad03de33d70adcc85e38	

4 - Broncofibroscopio Adulto

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOERIX S.A. - 80051821-7	168.000.000	15-06-2022	08:55:24.670	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f343d7bdef0971f318f60a5d0e2d084	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	170.000.000	15-06-2022	08:53:53.555	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e5e91f1accf5cdf233d6ab719f9810a	
ALBATROS SACI - 80002766-3	173.600.000	15-06-2022	08:54:14.979	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	deaff9dd8426823d77ec1341b004aa65	
ALBATROS SACI - 80002766-3	179.300.000	15-06-2022	08:53:40.952	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c87e9c7530abe012cc3dc089331d0421	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	179.500.000	15-06-2022	08:52:57.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54a332c8e6c77c61ee97bd4944377263	
ALBATROS SACI - 80002766-3	180.000.000	15-06-2022	08:52:39.511	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39954877e6629d02a73a3cf9576fdcf4	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	184.500.000	15-06-2022	08:52:34.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	421a7540d782cb0baff46f295db86c21	
ALBATROS SACI - 80002766-3	185.000.000	15-06-2022	08:52:23.199	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a7d797df6609795ff4ce1f8bc22ede5	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	189.000.000	15-06-2022	08:51:40.917	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ae9dfc56f108cedd17f94b61bcb1768	
ALBATROS SACI - 80002766-3	190.000.000	15-06-2022	07:30:27.294	Propuesta
		Código Verificador:	b3e1b79a0e69e2cd330183ce95cee18a	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	195.000.000	15-06-2022	07:30:27.293	Propuesta
		Código Verificador:	da7acb99f027c7c15f8119cca2eff977	

5 - Oxímetro de pulso

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	44.990.900	15-06-2022	09:11:32.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9b44f52a2298da3f150afeefc834835	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	45.000.000	15-06-2022	09:11:26.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe6d7b22551d73eadd5d5c558e595818	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	46.990.900	15-06-2022	09:11:14.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f7b899f6e8d24dafc297dbd4933089d	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	48.000.000	15-06-2022	09:11:18.075	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2b41d08aa21711e812c57e99d81ff8	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	48.000.000	15-06-2022	09:11:19.349	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c17c4d62e45884843264368b21418ecc	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	48.500.000	15-06-2022	09:11:05.333	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc59df9e5969b3741f1aa6d0fae456e1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	48.990.900	15-06-2022	09:11:05.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9d2a240ccd88796a646b67edd58d4e7	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	49.000.000	15-06-2022	09:10:45.566	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b13b1bd283c36f749f1f80625859ab20	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	49.000.000	15-06-2022	09:10:54.710	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b33e96ed4480b2f3a058d1a7c9377547	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	49.990.000	15-06-2022	09:10:31.880	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b39231cbce3c986760f97798a993ef3	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	50.000.000	15-06-2022	09:10:44.200	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ff03cf9d756c9de8e1f1de45625a47d	
ALBATROS SACI - 80002766-3	50.900.000	15-06-2022	09:10:50.048	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3382667afcf0fd92133aca04c214a64	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	51.000.000	15-06-2022	09:10:16.794	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1d1dd09408ebc04243c3f6de2689475	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	52.000.000	15-06-2022	09:10:14.308	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5f88f4c6a3524f80d9062969347e427	
ALBATROS SACI - 80002766-3	52.000.000	15-06-2022	09:10:19.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0fd65af1acd9302c1efb910abc94c5c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	52.990.000	15-06-2022	09:10:07.928	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12ea0cecd4c81d7065a55059d8547fe5	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	53.000.000	15-06-2022	09:09:53.777	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ca9623da3ca9c464757972698c4cb33	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	55.000.000	15-06-2022	09:09:41.797	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2ef03ab3b227e825cff1f6e84ddbc35	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	62.000.000	15-06-2022	09:09:29.828	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0b6568d0a277aef0c8a879791c9bab9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	63.000.000	15-06-2022	09:09:22.367	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1651fbb7eb98a7fc2235b28f09c982c	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	63.000.000	15-06-2022	09:09:33.511	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	caeca78b5fc3d71cfcb608a4e8d3f11a	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	65.000.000	15-06-2022	09:09:16.519	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f71b052c2bcb91881fa464fa560a9526	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	68.000.000	15-06-2022	09:08:55.821	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0be4b426cd6b63a81e93fa2b1cf7e2a2	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	68.999.999	15-06-2022	09:09:44.125	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e38cb742123e4a25b18f6b6199520df3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	69.000.000	15-06-2022	09:08:50.780	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f12f2719619910e48c8e73cf9851a4dd	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	69.000.000	15-06-2022	09:09:16.866	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b29788c9b7c4cff92186b97fa2009260	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	70.000.000	15-06-2022	07:30:27.710	Propuesta
		Código Verificador:	a355c7da2f13a98fdb1e719d5680768d	

Listado General de todas las Ofertas

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	70.000.000	15-06-2022	09:09:14.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8cde8d74bd487bdd4c1c2c14128b736a	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	73.000.000	15-06-2022	09:08:35.328	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48164f3027d56b93977053de93e30f9a	
ALBATROS SACI - 80002766-3	80.000.000	15-06-2022	07:30:27.711	Propuesta
		Código Verificador:	a705070a8629c535b18d85fa6c229562	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	85.962.000	15-06-2022	09:02:28.845	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b8d9205d33c37af70ce7ff6153ee6197	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	85.962.500	15-06-2022	07:30:27.709	Propuesta
		Código Verificador:	e6cbecb988fde5b6f39b4bfa0cbe1066	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	93.130.000	15-06-2022	07:30:27.708	Propuesta
		Código Verificador:	5af807979bad924aaa34b171da36276d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	110.000.000	15-06-2022	07:30:27.706	Propuesta
		Código Verificador:	4e14bbb14a5f3ac6627a52059a1f02c6	

6 - Lampara cialitica de techo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	240.000.000	15-06-2022	09:35:08.842	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	5c764d4537db25e7481935bf9f2205be	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	245.000.000	15-06-2022	09:34:45.969	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe416d55d89125407d84b81543067801	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	250.000.000	15-06-2022	09:34:57.762	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27fa41644b3fd233c870d5229d287b2b	
ALBATROS SACI - 80002766-3	259.000.000	15-06-2022	09:34:54.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccae1919e3c2bffa378982a85545833	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	260.000.000	15-06-2022	09:34:36.005	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44175d9ee4cd6ec9ef6136716a37c775	
ALBATROS SACI - 80002766-3	264.000.000	15-06-2022	09:34:31.880	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c29b8d513e2832d752a5c560eb9ef919	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	265.000.000	15-06-2022	09:34:23.076	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4951d8171944cbf26662a727ddb777fe	
ALBATROS SACI - 80002766-3	269.000.000	15-06-2022	09:34:23.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da3ecef2d6ec3dafc02f7d9f3b9171	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	270.000.000	15-06-2022	09:34:13.666	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f08214953299f700abbf16effe3712eb	
ALBATROS SACI - 80002766-3	274.000.000	15-06-2022	09:34:15.615	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1393bc5ced6757f86cc075742caddf	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	275.000.000	15-06-2022	09:34:04.085	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aba77db9f9c44681fe3a3e204950443f	
ALBATROS SACI - 80002766-3	280.000.000	15-06-2022	09:33:54.263	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	502c17f2575a89eb5760844bdd6b2d3d	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	280.000.000	15-06-2022	09:34:06.736	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d1e6639ac83aea47b5197dd601c42fe	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	285.000.000	15-06-2022	09:32:53.800	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0955aca55ae07f6a5279a2ac7fa4ae7	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	290.000.000	15-06-2022	09:32:35.637	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	547380adc0159c41924991721cb39dfe	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	300.000.000	15-06-2022	09:32:13.928	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62ee98a05bed967b6f06864793cf2d7b	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	320.000.000	15-06-2022	07:30:28.087	Propuesta
		Código Verificador:	caf91221a0de27a655e6b50bef2705f4	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	320.000.000	15-06-2022	09:31:34.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	095402b61ef3fe84c77b9309720ab58f	

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	367.999.990	15-06-2022	09:34:04.044	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0c2914269783384e1596883a9631430	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	369.999.000	15-06-2022	09:33:38.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f143f87fe04c706907de0f35304d4bae	
ALBATROS SACI - 80002766-3	370.000.000	15-06-2022	09:32:55.714	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a59a50fdfff78706d3fa4b0bbe696eb	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	379.999.000	15-06-2022	09:32:19.876	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22654d3371c5874b2023da12e3e6e26e	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	383.848.534	15-06-2022	07:30:28.084	Propuesta
		Código Verificador:	7181415cd6e222464379cb9e2e0164af	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	399.999.000	15-06-2022	09:25:15.159	Etapa de Puja
		Código Verificador:	26795134eb9e077a40bd79188493fa66	
ALBATROS SACI - 80002766-3	400.000.000	15-06-2022	07:30:28.088	Propuesta
		Código Verificador:	c5fd7b15491815173f56e6837a097881	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	440.000.000	15-06-2022	07:30:28.081	Propuesta
		Código Verificador:	66a10a6e950abc3d68c0a47044144f10	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	562.946.000	15-06-2022	07:30:28.083	Propuesta
		Código Verificador:	fb86bf05c8892caf242c61722f4172a6	

7 - Caja de Cirugía General para cirugía abdominal

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	780.000.000	15-06-2022	09:49:31.835	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1d741fb4d43de268e0d8e36d5efc800	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	790.500.000	15-06-2022	09:49:32.402	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf8da2c8a2af44a7cbd21a63ab93e164	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	800.000.000	15-06-2022	09:49:10.242	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	810d3dde07d50b4c84759bb9d4c72814	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	800.000.000	15-06-2022	09:49:17.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	636706acba6121cff935ef9b48f1f9c3	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	810.000.000	15-06-2022	09:49:03.442	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3294caba44ab0e955399e2c2a08b874	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	820.000.000	15-06-2022	09:48:56.277	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1218400482fa23c34cf7b5353aa0fd6	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	830.000.000	15-06-2022	09:48:41.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	008f02fb11b452b92a341a6f846d8bbd	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	840.000.000	15-06-2022	09:48:44.451	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b4246c2fc7118f5b3ed6d07d88c5920	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	850.000.000	15-06-2022	09:48:20.540	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79ee1a5add34a55ac0cd9b07ad458aba	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	860.000.000	15-06-2022	09:48:17.702	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	491c14fa020f4c439fd62bc040904971	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	870.000.000	15-06-2022	09:47:51.706	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4308b94301f814b6b5d0a30f4c5f14f	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	880.000.000	15-06-2022	09:48:04.269	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37a6c886f125e68021f98ea8b65400dc	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	890.000.000	15-06-2022	09:47:40.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a75e72268d796229a544f31b97a4aff4	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	900.000.000	15-06-2022	09:47:31.475	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab9f64069ea1273319bdc2d9b7e6d130	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	950.000.000	15-06-2022	09:47:13.315	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3be12e7d105b590f26373d07ef14b62c	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	990.000.000	15-06-2022	09:47:03.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2cc70c35009b498ee1e59a2d54dcb5f	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	1.000.000.000	15-06-2022	09:46:44.658	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7d37cfe5280383d8f67660c1c4eee5e	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.044.900.000	15-06-2022	09:47:41.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	846053171d4fb25673fbf3d65a283b74	

Listado General de todas las Ofertas

ALBATROS SACI - 80002766-3	1.045.000.000	15-06-2022	09:47:14.061	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c47d80d479553643da45d8b815a7330	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.049.990.900	15-06-2022	09:46:51.707	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e845dc513c5e0e1cc9e716dc226eae1a	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.050.000.000	15-06-2022	09:46:41.965	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9d66d729cbaa2b9ed6b8bd7e3d89be5	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	1.100.000.000	15-06-2022	09:46:33.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ec337fa0dd9d15db96ff3c969daa5c2	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.105.000.000	15-06-2022	09:46:48.727	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	093ccbd007076baf6afeef85527bd61e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.108.990.900	15-06-2022	09:46:29.167	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39ddd20454541ac9ee03feccd9fd4e12	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.110.000.000	15-06-2022	09:46:07.996	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae2b2f96ed13d0cbdf06e588e48cc9ae	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.189.990.900	15-06-2022	09:46:11.127	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9c3b0d6766dba8caf1d1688ba8844fa	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	1.200.000.000	15-06-2022	09:45:53.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71c7540dbdf35a78e18d268bf15a9ad	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.210.000.000	15-06-2022	09:45:58.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91a7db49dc425a7c3199e83289b6e693	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.220.000.000	15-06-2022	09:45:50.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	598a6d695e6bd2c4c5d16b9337018100	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.230.000.000	15-06-2022	09:46:12.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6ffec677bad5b87d483df6de7f25546	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.239.990.900	15-06-2022	09:46:00.282	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27be8889490e340d0a764038614839b4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.245.990.900	15-06-2022	09:45:50.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e05848909ecbb73a01d7a47bc64a103b	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	1.250.000.000	15-06-2022	09:45:42.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5802340139dcf5dcb80d3ecb592aef0b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.285.990.900	15-06-2022	09:45:42.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc91f717c20029f9b5a451c81d1d9af0	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.290.000.000	15-06-2022	09:45:31.969	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9082bf3739887cad2fae33896774caba	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.290.000.000	15-06-2022	09:45:42.966	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e06c33cfffcd3dff1d2c527d4ba97ba61	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	1.300.000.000	15-06-2022	09:45:23.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9246ea98e222bee7c679797c85df1fa2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.428.990.900	15-06-2022	09:45:25.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edb483ac5e79e4fcb0f89b426be176e1	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.430.000.000	15-06-2022	09:45:24.661	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb0dcc5e320b620bff426c727f71ee40	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.440.000.000	15-06-2022	09:45:17.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6aecc1eeffd912b2060d61fa4276047	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.448.990.900	15-06-2022	09:45:19.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14eb1d1765cb20ab289cd2d12f146ead	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.455.000.000	15-06-2022	09:45:21.325	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce9b1b9c6cfce9755dce7d6d1e08b25f	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.460.000.000	15-06-2022	09:45:06.855	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	695d619058eafd5fa5da0f5cbaff8c9c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.468.990.900	15-06-2022	09:45:12.241	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d0a195496712e3be319ff9edd61ad25	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.470.000.000	15-06-2022	09:45:05.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4069e17f9e1428605385bdf51349a16	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.479.990.900	15-06-2022	09:45:05.587	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99fe0f3b131a1537a9d3a28d893565be	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.480.000.000	15-06-2022	09:44:57.750	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0a49171c92df8fafabbd799ed7e9071	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.483.990.900	15-06-2022	09:44:59.500	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	640dd8f70c8bd66601da4b560986a1b5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.485.990.900	15-06-2022	09:44:41.959	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8036eccff0610fbed1516208e5bc0ca5	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.490.000.000	15-06-2022	09:44:34.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a3db08367d45539d148681fd74036ad	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.490.000.000	15-06-2022	09:44:42.282	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4d6409643bc6a6f35c8ebf41c0de8ba	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.495.000.000	15-06-2022	09:44:25.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16e062adc77429ed3a8f0b51592c5b2	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.495.000.000	15-06-2022	09:44:32.639	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e87753e8487e4a8b9a90e232d9c9e1b4	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.498.000.000	15-06-2022	09:44:17.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	493b8fcabcd001637dca27ca35bf4575	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.500.000.000	15-06-2022	07:30:28.704	Propuesta
		Código Verificador:	bbe81c2e8d375b4ddab8b9f959d4117a	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	1.650.000.000	15-06-2022	07:30:28.703	Propuesta
		Código Verificador:	8ac0c10984ab4885ab3c05e8d23a50e9	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	1.950.000.000	15-06-2022	07:30:28.699	Propuesta
		Código Verificador:	d8b4d6ef7a1e7707178df39a1556413a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.735.483.000	15-06-2022	07:30:28.700	Propuesta
		Código Verificador:	d9945c2c5d8c0cc826d834980c0f9ead	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Equipo Esterilizador por Oxido de Etileno

Oferente	Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	662.900.000
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - 80025575-5	663.000.000

2 - Autorefractometro

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	114.000.000

3 - Equipo de rayos X fijo con Telecomandada

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.225.900.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.254.000.000

4 - Broncofibroscopio Adulto

Oferente	Mejor Precio
BIOERIX S.A. - 80051821-7	168.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	173.600.000

5 - Oximetro de pulso

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	44.990.900
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	45.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	48.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	50.900.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	68.999.999

6 - Lampara cialitica de techo

Oferente	Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	240.000.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	245.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	259.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

ARGON S.R.L. - 80004373-1	367.999.990
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	562.946.000

7 - Caja de Cirugía General para cirugía abdominal

Oferente	Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	780.000.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	790.500.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.044.900.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.049.990.900

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item	Precio Ganador
2 - Autorefractometro	114.000.000

Proveedor: 80011068-4 - LCM SOCIEDAD ANÓNIMA

Item	Precio Ganador
7 - Caja de Cirugía General para cirugía abdominal	780.000.000

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
3 - Equipo de rayos X fijo con Telecomandada	1.225.900.000
5 - Oxímetro de pulso	44.990.900

Proveedor: 80051821-7 - BIOERIX S.A.

Item	Precio Ganador
4 - Broncofibroscopio Adulto	168.000.000

Proveedor: 80072821-1 - ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
1 - Equipo Esterilizador por Oxido de Etileno	662.900.000
6 - Lampara cialitica de techo	240.000.000

Listado de Mensajes

1 - Equipo Esterilizador por Oxido de Etileno

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-06-2022	07:42:00.214
Buenos días, comenzamos la Subasta.	15-06-2022	07:42:13.598
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	15-06-2022	07:42:33.024
Señores esperamos mejores ofertas.	15-06-2022	07:42:54.186
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-06-2022	07:47:16.637
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-06-2022	07:47:19.629
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-06-2022	07:53:19.714
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-06-2022	07:59:24.033
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	15-06-2022	07:59:24.912
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	15-06-2022	07:59:24.912
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-06-2022	07:59:57.679

2 - Autorefractometro

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-06-2022	08:00:51.653
Continuamos con la Subasta.	15-06-2022	08:02:47.868
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	15-06-2022	08:06:39.357
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-06-2022	08:06:45.299
Señor/a Oferente, baje su precio	15-06-2022	08:06:54.660
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-06-2022	08:06:57.532
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-06-2022	08:17:05.057
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-06-2022	08:22:03.075
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-06-2022	08:22:03.295

3 - Equipo de rayos X fijo con Telecomandada

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-06-2022	08:23:35.773
Continuamos con la Subasta.	15-06-2022	08:23:42.278
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	15-06-2022	08:23:46.778
Señores esperamos mejores ofertas.	15-06-2022	08:24:05.629
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	15-06-2022	08:24:13.159
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-06-2022	08:26:01.780
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-06-2022	08:26:07.827
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-06-2022	08:32:08.010
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-06-2022	08:39:42.077
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-06-2022	08:39:42.345

4 - Broncofibroscopio Adulto

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-06-2022	08:40:31.366
Continuamos con la Subasta.	15-06-2022	08:40:43.854
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	15-06-2022	08:40:48.283
Señores esperamos mejores ofertas.	15-06-2022	08:42:23.996
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-06-2022	08:42:24.811
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-06-2022	08:45:28.403
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-06-2022	08:51:28.433
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-06-2022	08:55:58.598
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-06-2022	08:55:58.804

5 - Oxímetro de pulso

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-06-2022	08:56:19.847
Continuamos con la Subasta.	15-06-2022	08:56:34.183
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	15-06-2022	08:56:40.468
Señores esperamos mejores ofertas.	15-06-2022	08:58:23.235
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-06-2022	08:58:23.993
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-06-2022	08:58:25.893
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-06-2022	09:08:28.884
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-06-2022	09:11:37.114
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-06-2022	09:11:37.776

6 - Lámpara cialítica de techo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-06-2022	09:14:27.671
Continuamos con la Subasta.	15-06-2022	09:14:34.666
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	15-06-2022	09:14:44.195
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	15-06-2022	09:14:48.187
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-06-2022	09:20:38.505
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-06-2022	09:20:42.395
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-06-2022	09:31:15.926
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-06-2022	09:35:01.921
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	15-06-2022	09:35:03.592

Listado de Mensajes

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	15-06-2022	09:35:03.592
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-06-2022	09:35:08.935

7 - Caja de Cirugía General para cirugía abdominal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-06-2022	09:35:26.280
Continuamos con la Subasta.	15-06-2022	09:37:27.602
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	15-06-2022	09:37:35.151
Señores esperamos mejores ofertas.	15-06-2022	09:37:40.534
Señores bajen sus precios.	15-06-2022	09:37:45.564
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-06-2022	09:37:46.535
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-06-2022	09:37:50.687
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-06-2022	09:43:50.810
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-06-2022	09:49:50.818
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-06-2022	09:49:51.442

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.