

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 417417

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:25 del día 21/9/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 417417 - Adquisición de Equipos Médicos para el Hospital General Pediátrico de la Institución:

Código Verificador: 3d0197596601ecca5a207ad7894017c0

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Sub-UOC:	Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu - Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1485

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ÍTEM N° 2 LAMPARA HENDIDURA PORTATIL, en una parte de las Especificaciones técnicas dice: Equipo de Cauterío Bipolar. Solicitamos respetuosamente a la convocante eliminar este punto ya que no corresponde según el producto solicitado	24-08-2022	15:56:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2	31-08-2022	09:27:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Suministros Requeridos – Especificaciones técnicas. Plan de entregas de los Bienes, dice: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato. Solicitamos respetuosamente que este punto quede de la siguiente manera: 90 (noventa) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra.	24-08-2022	15:57:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-08-2022	08:41:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las características de la pagina 31/51 donde dice "refrigeración de tres canales" solicitamos aceptar en las bases "refrigeración de dos o tres canales", con un rango de 3 a 42 °C y una precisión de +- 0,5°C y una resolución de 0,5°C, de manera a permitir la mayor participación de oferentes	24-08-2022	16:38:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-08-2022	08:42:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las características de la página 31/51 donde dice "Lampara con luz tipo LED" favor aceptar también lampara de tipo halógena	24-08-2022	16:42:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	09:47:04
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la pagina 31/51 donde dice "(1) bomba peristatica doble" y en la pagina 32/51 donde dice "uno doble de 85 mm" favor aceptar tambien 2 bombas de 102 mm, las cuales cumplen la misma función	24-08-2022	17:00:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	30-08-2022	08:42:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la pagina 32/51 donde dice "Modulo de control, destinado al bombeo sanguíneo; tres (03) de 150 mm" favor aceptar "Modulo de control, destinado al bombeo sanguíneo; tres (03) de hasta 151 mm"	24-08-2022	17:07:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	09:47:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la pagina 32/51 donde dice "Modulo de control, destinado al bombeo sanguíneo; tres (03) de 150 mm" favor aceptar "Modulo de control, destinado al bombeo sanguíneo; tres (03) de hasta 152 mm"	24-08-2022	17:17:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	09:47:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la pagina 32/51 favor solicitar los cuatro modulos de bombas peristalticas de la siguiente manera: "Cuatro (04) módulos de bombas peristálticas, acoplables e intercambiables en la base: tres (03) deben ser bombas simples de hasta 152mm y uno (01) debe ser bombas dobles o dos bombas de 102 mm" ya que cumplen la misma función y permiten mayor cantidad de oferentes	24-08-2022	17:21:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	09:47:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En Unidad de Calentamiento y Enfriamiento favor solicitar de la siguiente manera: "Control independiente de la temperatura, de tres (03) o dos (2) canales" para permitir mayor cantidad de oferentes	24-08-2022	17:49:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	30-08-2022	08:43:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En Unidad de Calentamiento y Enfriamiento favor solicitar de la siguiente manera: "Control independiente de la temperatura, de tres (03) o dos (2) canales" para permitir mayor cantidad de oferentes	24-08-2022	17:51:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	30-08-2022	08:43:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En Unidad de Calentamiento y Enfriamiento favor solicitar de la siguiente manera el siguiente manera "Precisión de la medición de $\pm 0,5$, o mejor"	24-08-2022	17:53:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	30-08-2022	08:43:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podría separar de este item las asistencia circulatoria prolonga?	24-08-2022	18:11:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	30-08-2022	08:44:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Peso del equipo inferior a 4 Kg." solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Peso del equipo inferior a 8 Kg." debido a que lo solicitado es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, además de limitar innecesariamente la participación de oferentes.	24-08-2022	20:49:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		31-08-2022	09:48:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "Panel de control con pantalla táctil de 8 para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil que permita la introducción de datos del paciente" solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que lo solicitado es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, y con lo cual se limita innecesariamente una mayor participación de oferentes.-		24-08-2022	20:51:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		31-08-2022	09:48:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
"Panel de control con pantalla táctil de 8 para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil que permita la introducción de datos del paciente" Solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que lo solicitado es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, y con la cual se limita innecesariamente una mayor participación de oferentes.		24-08-2022	20:52:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		31-08-2022	09:48:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco de estado sólido de 250GB o superior" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco de estado sólido de 180GB o superior" debido a que esta característica no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, y con la cual se limita innecesariamente una mayor participación de oferentes.		24-08-2022	20:53:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		30-08-2022	08:44:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "Memoria CINE de al menos 10.000 cuadros o 1000 segundos" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Memoria CINE de al menos 1.300 cuadros o mejor" debido a que la finalidad del cine es revisar breves instantes del estudio y evaluar el movimiento del tejido para lo cual el valor solicitado es más que suficiente.		24-08-2022	20:54:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		30-08-2022	08:44:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "Rango dinámico del sistema de 280 dB" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Rango dinámico del sistema de 200 dB o mejor" debido a que esta característica no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, y con la cual se limita innecesariamente una mayor participación de oferentes.		24-08-2022	20:55:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		30-08-2022	08:45:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "Dispositivo Bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Dispositivo Wifi para transferencia inalámbrica de imágenes y videos" debido a que la tecnología WiFi ofrece conexiones más rápidas y con más ancho de banda.		24-08-2022	20:55:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		31-08-2022	09:49:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "Dispositivo para lectura/grabación de imágenes y video en CD/DVD integrado en el equipo." solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que en la actualidad se utilizan pendrives para lectura/grabación de imágenes y video. Por lo que sugerimos a la convocante agregar en las EETT al menos 2 conectores USB.		24-08-2022	20:56:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		30-08-2022	08:45:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice "Calculo de Strain Global con despliegue de Ojo de Buey" solicitamos amablemente a la convocante que dicha característica sea opcional debido a que la misma encarece el costo del equipo superando así el precio referencial del llamado.-	24-08-2022	20:57:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	30-08-2022	08:45:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Medición automática de la íntima media en tiempo real" solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que dicha característica no es utilizada en estudios pediátricos.	24-08-2022	20:58:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	30-08-2022	08:46:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Transductor Convexo con ancho de banda de 2 MHz a 5 MHz. Cantidad: 01 unidad" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Transductor Convexo con ancho de banda de 1,5 MHz a 5 MHz. Cantidad: 01 unidad" ya que dichos parámetros son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.	24-08-2022	20:59:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	09:49:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Transductor Lineal con ancho de banda de 6 MHz a 16 MHz. Cantidad: 01 unidad" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Transductor Lineal con ancho de banda de 5 MHz a 15 MHz. Cantidad: 01 unidad" ya que dichos parámetros son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.	24-08-2022	21:00:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	09:49:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
13- Donde dice "Transductor sectorial o phased array adulto/pediátrico con ancho de banda de 2 MHz a 5 MHz. Cantidad: 01 unidad." solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Transductor sectorial o phased array adulto/pediátrico con ancho de banda de 1,5 MHz a 4 MHz. Cantidad: 01 unidad." ya que dichos parámetros son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.	24-08-2022	21:00:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	09:50:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 3 Donde dice: "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato., Solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de que en su mayoría los equipos son fabricados a demanda, y no se encuentran en stock del fabricante ni mucho menos del proveedor, por lo que el plazo de entrega debe contemplar tiempo de fabricación (de 4 a 6 semanas), tiempo de embarque, flete (el cual está sujeto a disponibilidad y el cual en su mayoría se encuentra con retrasos por inconvenientes en la cadena logística a nivel mundial) tiempo de despacho y traslado a la sede final, por lo que el plazo solicitado en el PBC no es aplicable a la realidad actual ni futura a corto plazo.-	24-08-2022	21:05:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-08-2022	08:46:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones se indica: " Accesorios: Unidad de Alimentación ininterrumpida (UPS) del tipo TRUEONLINE de acuerdo a los requerimientos eléctricos del equipo ofertado con autonomía mínima de 20 minutos. Solicitamos amablemente a la Convocante colocar como opcional dicho ítem considerando los siguientes puntos: - Por las características de peso y dimensiones de la UPS dificultará el transporte del equipo de ecografía y su uso en las dependencias del Hospital. - El equipo de ecografía solicitado ya cuenta con batería incorporada, que se menciona como requerimiento "Batería interna con autonomía de 60 minutos como mínimo", la cual permitirá el uso del equipo ante una falla en la energía eléctrica, por lo que el uso de una UPS ya es redundante, así también evitará encarecer el precio del bien ofertado.	24-08-2022	21:23:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	09:50:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita a la Convocante aclarar que los equipos médicos para acreditar la capacidad técnica se refieren a la modalidad ofertada, es decir, si se oferta ecógrafos, la acreditación en facturación y/o actas sea de ecógrafos independientemente del modelo.-	24-08-2022	21:24:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del "bien que cotiza en esta contratación", independientemente de la modalidad a la que se haya presentado como oferente. Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-08-2022	08:50:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que los estados financieros solicitados para el análisis de la capacidad financiera sean auditados conforme lo establece el art. 33 de la LEY N° 2.421/04 DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACIÓN FISCAL.-	24-08-2022	21:24:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-08-2022	08:50:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: ...El suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el contrato. Se solicita a la Convocante aclarar qué tipo de ítems podrían ser incluidos en torno a este requisito, pues los mismos deben ser contemplados por los oferentes debido a que la inclusión de los mismos conlleva gastos adicionales que repercuten en el precio ofertado. En ese sentido, el oferente debe conocer exactamente todos los bienes y accesorios que debe ofertar.-	24-08-2022	21:25:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dicha condición es parte del Pliego Estandar. Para cada bien requerido se establece claramente las especificaciones técnicas, para que el oferente elabore su oferta.	30-08-2022	09:00:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones se indica: ... Si el equipo es dañado por falta de mantenimiento preventivo, deberá ser sustituido por uno nuevo sin costo para la Convocante. La garantía no incluye daños que pudieran sufrir los equipos por errores de utilización, golpes y/o desgastes naturales... Solicitamos a la convocante aclarar ¿quién determinara el tipo de daño y cuál sería el procedimiento para el mismo?	24-08-2022	21:26:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	09:50:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta la naturaleza del bien licitado, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación con la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente: Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (7,5 %) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de Remisión y/o Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.-	24-08-2022	21:27:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	09:51:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta que el Acta de Recepción Definitiva es un documento que indica el cumplimiento del contrato y por ende habilita al proveedor a solicitar el pago, solicitamos a la convocante establecer que la misma será emitida inmediatamente después de entregado el bien o en su defecto dentro de los siguientes 5 días.	24-08-2022	21:27:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	09:51:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de 0,10% Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de multa por cada día de atraso en la entrega de bienes adjudicados sea de 0,01%.	24-08-2022	21:28:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-08-2022	09:22:13
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita contemplar el pago de anticipo de 20% del valor del contrato.-	24-08-2022	21:28:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-08-2022	09:22:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El punto 3 expresa: - El oferente deberá garantizar que repondrán gratuitamente dentro de los Límites de la República del Paraguay, en cualquier lugar o donde ocurriere la falta de algún equipo que se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos o debido al diseño, material o fabricación defectuosa. En ese sentido, teniendo en cuenta que el lugar de funcionamiento del bien es el Hospital Pediátrico, se solicita amablemente a la Convocante establecer que cualquier cambio del lugar inicial de entrega y funcionamiento del bien en el marco de la ejecución del contrato y periodo de garantía, debe ser comunicado al proveedor antes de proceder al cambio de lugar, de modo a que este tome todos los recaudos necesarios, pues cualquier daño al bien durante el traslado puede implicar obligaciones para el mismo.-	24-08-2022	21:34:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	09:51:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Peso del equipo inferior a 4 Kg. Solicitamos a la convocante poder dejar cotizar equipo de 8 kilos y no direccionar a una marca específica sin permitir participación de potenciales Oferentes	24-08-2022	23:17:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	09:52:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice Panel de control con pantalla táctil de 8 para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil que permita la introducción de datos del paciente. Solicitamos a la convocante permita cotizar un panel de mejor pulgada a la solicitada y que el punto pueda quedar de la siguiente manera Panel de control con pantalla táctil de 10 o mejor para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil que permita la introducción de datos del paciente.	24-08-2022	23:26:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	09:58:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde solicitan Conectividad a través de redes de área local LAN RJ45 y redes inalámbricas Wireless. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera Conectividad a través de redes de área local LAN RJ45 ó redes inalámbricas Wireless de esta forma dará no limitara a la participación de oferentes.	24-08-2022	23:34:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	09:58:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En l descripción del ítem 3 del PBC en las Especificaciones dice lo siguiente Descripción: Equipo portátil modular de alta resolución que se utilizan con fines diagnósticos de exploración ultrasonográfica no invasiva para estudios de imagen en urgencias en pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Solicitamos a la convocante aclarar que tipo de equipo es el requerido debido a que las especificaciones técnicas es de un equipo Modular y combinaciones de un portátil.	24-08-2022	23:38:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	09:59:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Transductor Lineal con ancho de banda de 6 MHz a 16 MHz. Cantidad: 01 unidad Solicitamos poder cotizar transductor Lineal de 4 a 12 Mhz de esta manera la convocante tendrá mayor cantidad de oferentes.	24-08-2022	23:45:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	09:59:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Peso del equipo inferior a 4 Kg, solicitamos diga: Peso del equipo inferior a 7	25-08-2022	03:20:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	10:00:27

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Capacidad de almacenamiento en disco de estado sólido de 250GB o superior, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco de estado sólido o disco duro (HDD) de 500 GB o superior.		25-08-2022	03:21:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		30-08-2022	09:23:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Memoria CINE de al menos 10.000 cuadros o 1000 segundos., solicitamos diga: Donde dice: Memoria CINE de al menos 1000 cuadros.		25-08-2022	03:21:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		30-08-2022	09:23:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Rango dinámico del sistema de 280 dB, Solicitamos diga: Rango dinámico del sistema de 250 dB.		25-08-2022	03:22:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		31-08-2022	10:01:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Dispositivo Bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos, solicitamos que este punto sea opcional de manera a permitir mayor participación de oferentes		25-08-2022	03:22:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		31-08-2022	10:02:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Dispositivo para lectura/grabación de imágenes y video en CD/DVD integrado en el equipo, solicitamos diga Dispositivo para lectura/grabación de imágenes y video en CD/DVD en el equipo.		25-08-2022	03:23:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		31-08-2022	10:02:13
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
• Solicitan los siguientes softwares: Software para el análisis cuantitativo del movimiento de las paredes del VI STRAIN con cálculos de strain longitudinal y circunferencial Calculo de Strain Global con despliegue de Ojo de Buey. Modo Physio para adquisición de señal ECG. Software para Eco Stress. Medición automática de la íntima media en tiempo real. Medición automática de la fracción de eyección en modo 2D. Recomendamos diga, posibilidad de agregar en el futuro Software para el análisis cuantitativo del movimiento de las paredes del VI STRAIN con cálculos de strain longitudinal y circunferencial Calculo de Strain Global con despliegue de Ojo de Buey. Modo Physio para adquisición de señal ECG. Software para Eco Stress. Medición automática de la íntima media en tiempo real. Medición automática de la fracción de eyección en modo 2D. Ya que estos softwares son estudios especiales de cardiología y encarecen el precio del equipo por lo que si el mismo no será utilizado en el Servicio de Cardiología no se justifica el aumento del precio		25-08-2022	03:24:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Los softwares solicitados son necesarios para revision completa de los pacientes.		30-08-2022	09:32:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Transductor sectorial o phased array adulto/pediátrico con ancho de banda de 2 a 5Mhz, solicitamos diga: Transductor sectorial o phased array adulto/pediátrico con ancho de banda de 2 a 5Mhz		25-08-2022	03:24:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		31-08-2022	10:02:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 3 – ECOGRAFO Donde dice: Conectividad a través de redes de área local LAN RJ45 y redes inalámbricas Wireless. Solicitamos a la convocante permita cotizar: Conectividad a través de redes de área local LAN RJ45 y redes inalámbricas Wireless o similares		25-08-2022	07:37:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		31-08-2022	10:02:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

ITEM 3 – ECOGRAFO Donde dice: Dispositivo para lectura/grabación de imágenes y video en CD/DVD integrado en el equipo. Solicitamos a la convocante permita cotizar: Dispositivo para lectura/grabación de imágenes y video en CD/DVD integrado en el equipo o dispositivo externo.	25-08-2022	07:37:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	10:02:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 3 – ECOGRAFO Donde dice: Adaptador para conexión de tres transductores en simultaneo en el carro de transporte Solicitamos a la convocante permita cotizar: Adaptador para conexión de tres transductores en simultáneo en el carro de transporte o conexión para dos transductores integrados al propio ecógrafo	25-08-2022	07:38:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	30-08-2022	09:32:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos muy amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a 90 dias dias corridos una vez recepcionado la orden de compra	25-08-2022	07:39:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-08-2022	09:32:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 3 – ECOGRAFO Donde dice: Software para Eco Stress. Solicitamos a la convocante permita este punto sea declarado OPCIONAL	25-08-2022	08:02:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	30-08-2022	09:33:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 3 – ECOGRAFO Donde dice: Transductores multifrecuenciales originales y de la misma marca que el equipo ofertado con tecnología broadband (banda ancha) Solicitamos a la convocante permita agregar a esta descripción: Transductores (Los rangos de operación deben cumplir el límite inferior o menor frecuencia y el límite superior o mayor frecuencia)	25-08-2022	08:07:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	10:03:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Peso del equipo inferior a 4 Kg, solicitamos permita ofertar equipos con Peso del equipo inferior a 8Kg	25-08-2022	08:13:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	10:03:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Dispositivo para lectura/grabación de imágenes y video en CD/DVD integrado en el equipo, Solicitamos que se permita ofertar equipos con Dispositivo para lectura/grabación de imágenes y video en CD/DVD externo al equipo	25-08-2022	08:15:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	10:03:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Transductor sectorial o phased array adulto/pediátrico con ancho de banda de 2 a 5Mhz, Solicitamos diga: Transductor sectorial o phased array adulto/pediátrico con ancho de banda de 2 a 4Mhz	25-08-2022	08:16:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	10:03:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Rango dinámico del sistema de 280 dB, Solicitamos diga: Rango dinámico del sistema de 250 dB.	25-08-2022	08:19:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	10:03:54

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Dispositivo Bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos, solicitamos que este punto sea opcional	25-08-2022	08:20:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	10:04:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet para mejorar la interacción con el equipo. Solicitamos a la convocante dar como opcional este requerimiento debido a que limita la participacion de oferentes.	01-09-2022	05:33:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	02-09-2022	12:53:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan Medición automática de la íntima media en tiempo real. Solicitamos a la convocante este punto pueda quedar de la siguiente manera Medición de la íntima media en tiempo real.	01-09-2022	05:46:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3	05-09-2022	10:56:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en el punto donde solicitan Transductor sectorial o phased array adulto/pediátrico con ancho de banda de 2 MHz o menor a 4 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad. Sugerimos a la convocante sioliciten transductor de 3 a 8 Mhz que es mas optimo para pediatricos y tiene mejor imagen e interaccion con adultos pequeños pediatricos	01-09-2022	05:53:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	02-09-2022	12:55:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en el punto Transductor Convexo con ancho de banda de 2 MHz o menor a 5 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad. Sugerimos a la convocante puedan silitrar transdctor Convexo de 1 a 5 Mhz con mejor campo de vision al solicitado	01-09-2022	05:57:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas solicitadas, se incluye el rango que se solicita modificar.	02-09-2022	15:23:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Transductor Lineal con ancho de banda de 6 MHz o menor a 15 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad. Solicitamos a la convocante permita cotizar transdctor de 3 a 12 MHz que realiza los mismas mediciones al solicitado a diferencia que este transductotor lineal de 3 a 12 Mhz es transductor standar y no limiita la participacion de oferentes.	01-09-2022	06:01:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	02-09-2022	15:23:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 3 Donde dice: "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato., Solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.	01-09-2022	08:29:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	02-09-2022	13:00:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante solicitar las asistencia circulatoria prolonga como un item separado teniendo en cuenta que representa otro equipo	01-09-2022	08:35:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	02-09-2022	15:24:01

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Medición automática de la íntima media en tiempo real" solicitamos amablemente a la convocante excluir o que sea opcional la frase "en tiempo real" y modificar dicho punto a "Medición automática de la íntima media" debido a que no todas las marcas poseen dicha medición en tiempo real, lo cual no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes potenciales.	01-09-2022	08:36:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.	05-09-2022	10:56:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Memoria CINE de al menos 10.000 cuadros o 1000 segundos" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Memoria CINE de al menos 1.300 cuadros o mejor" debido a que la finalidad del cine es revisar breves instantes del estudio y evaluar el movimineto del tejido para lo cual el valor solicitado es más que suficiente. Por lo que solicitamos que modifiquen dicho punto a fin de tener una mayor cantidad de oferentes potenciales.	01-09-2022	08:38:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	02-09-2022	13:00:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet para mejorar la interacción con el equipo" solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que lo solicitado es una "característica constructiva" que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.	01-09-2022	08:39:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	02-09-2022	13:01:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Panel de control con pantalla táctil de 8 para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil que permita la introducción de datos del paciente" solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que lo solicitado es una "característica constructiva" que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.	01-09-2022	08:39:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	02-09-2022	13:01:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Dispositivo para lectura/grabación de imágenes y video en CD/DVD integrado en el equipo o dispositivo externo con soporte integrado al carro de transporte." solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que en la actualidad por protección al medioambiente la mayoría de las casas comerciales han reemplazado el uso de CD/DVD por soporte digital en implementos reutilizables USB. Por lo que solicitamos modificar a "Soporte digital en implementos reutilizables USB para lectura/grabación de imágenes y video"	01-09-2022	08:42:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas. Se solicita Dispositivo para lectura/grabación de imágenes y video en CD/DVD integrado en el equipo o dispositivo externo con soporte integrado al carro de transporte a fin de entregar copia del estudio al paciente. El Hospital cuenta actualmetnee con CD's para dicho efecto. Utilizar la unidad USB supondría un gasto adicional innecesario para la Institución. Además la utilización de USB podría ocasionar el ingreso del virus al dispositivo, por lo que sería una fuente secundaria de grabación.	02-09-2022	13:06:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Memoria CINE de al menos 10.000 cuadros o 1000 segundos, solicitamos diga Memoria CINE de al menos 4.000 cuadros o 10 min.	06-09-2022	08:40:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.	12-09-2022	09:30:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ÍTEM N° 2 LAMPARA HENDIDURA PORTATIL, en una parte de las Especificaciones técnicas dice: Distancia pupilar: 5 mm (o menor) a 70 mm (o mayor). Asumiendo que fue un error involuntario de tipeo 5mm (o menor), Solicitamos respetuosamente modifique este punto: en lugar de Distancia pupilar: 5mm (o menor) a 70 mm (o mayor), debe decir: Distancia pupilar: 55 mm (o menor) a 70 mm (o mayor).	06-09-2022	10:02:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.		12-09-2022	09:30:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ÍTEM 3. ECOGRAFO Donde dice: Adaptador para conexión de tres transductores en simultáneo en el carro de transporte Solicitamos a la convocante permita cotizar: Adaptador para conexión de dos o tres transductores en simultáneo en el carro de transporte.		06-09-2022	11:57:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.		12-09-2022	09:30:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ÍTEM 3. ECOGRAFO Donde dice: Software para Eco Stress. Solicitamos a la convocante permita es te punto sea OPCIONAL.		06-09-2022	11:57:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Software para Eco Stress es fundamental para evaluar los casos en los que el corazón del paciente sufra ante un esfuerzo, especialmente aquellos con limitaciones para realizar esfuerzo fisico.		09-09-2022	15:43:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ÍTEM 3. ECOGRAFO Donde dice: Calculo de Strain Global con despliegue de Ojo de Buey. Solicitamos a la convocante permita es te punto sea OPCIONAL. Atendiendo a que es una característica muy limitativa para una competencia abierta entre oferentes y teniendo en cuenta que el punto anterior a este ya se solicita Software para el análisis cuantitativo del movimiento de las paredes del VI STRAIN con cálculos de strain longitudinal y circunferencial		06-09-2022	11:58:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita ecógrafo de uso especifico y no general. Ajustarse a los solicitado en las Especificaciones Técnicas.		09-09-2022	15:44:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ÍTEM 3. ECOGRAFO Donde dice: Conectividad a través de redes de área local LAN RJ45 y redes inalámbricas Wireless. Solicitamos a la convocante permita cotizar: Conectividad a través de redes de área local LAN RJ45 y/ o redes inalámbricas Wireless o similar		06-09-2022	11:58:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		09-09-2022	15:44:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "Panel de control con pantalla táctil de 8 para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil que permita la introducción de datos del paciente" solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con "Panel de control con pantalla táctil de 8" o monitor táctil (se refiere al monitor del equipo) para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación, aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil o físico que permita la introducción de datos del paciente" Lo solicitado se debe a que la mayoría de las marcas cuentan con el manejo interactivo del menú y acceso a modos de operación, aplicaciones y configuraciones en el monitor principal táctil. Asimismo, la mayoría de las marcas, de comprobada calidad, cuentan con el Teclado alfanumérico físico para introducción de datos del paciente. Ambas características mencionadas constituyen "características meramente constructivas" que no afectan al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional		06-09-2022	15:10:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.		12-09-2022	09:31:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet para mejorar la interacción con el equipo" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet o monitor táctil con control de gestos para mejorar la interacción con el equipo" Lo solicitado se debe a que la mayoría de las marcas cuentan con el control de gestos en el monitor principal táctil, por lo que no tienen la necesidad de tener una pantalla táctil secundaria. La Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet es una "característica meramente constructiva", por lo que limita innecesariamente la participación de equipos que poseen la misma función en el monitor principal táctil, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional		06-09-2022	15:19:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.		12-09-2022	09:31:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice "Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet para mejorar la interacción con el equipo" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet o monitor táctil con control de gestos para mejorar la interacción con el equipo" Lo solicitado se debe a que la mayoría de las marcas cuentan con el control de gestos en el monitor principal táctil, por lo que no tienen la necesidad de tener una pantalla táctil secundaria. La Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet es una "característica meramente constructiva", por lo que limita innecesariamente la participación de equipos que poseen la misma función en el monitor principal táctil, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional	06-09-2022	15:44:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.	12-09-2022	09:31:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Memoria CINE de al menos 10.000 cuadros o 1000 segundos" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Memoria CINE de al menos 1.100 cuadros o 60 segundos" Lo solicitado se debe a que no está claro si el valor de memoria cine solicitado se refiere a: 1) el valor total de cuadros que puede grabar el equipo ó 2) la cantidad de cuadros que puede almacenar el CINE Loop después de cada escaneado, debido a que el valor solicitado no hace sentido, pues equivale a unos 16 minutos y pierde la funcionalidad del CineLoop. Un valor de 60 segundos de almacenamiento del CINELoop es más que suficiente para realizar la revisión de imágenes.	06-09-2022	15:47:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.	12-09-2022	09:31:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Memoria CINE de al menos 10.000 cuadros o 1000 segundos" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Memoria CINE de al menos 1.250 cuadros o 60 segundos", ya que entendemos que se refiere al almacenamiento del CINE Loop después de cada escaneado, que es la cantidad de cuadros que se puede almacenar para la revisión. El valor solicitado por la convocante equivale aproximadamente a 16 minutos, tiempo que en la práctica no es posible después de cada escaneado, pues el análisis y las mediciones se realizan en tiempo real o con imagen congelada, un valor de 60 segundos de almacenamiento del CINELoop es más que suficiente para realizar la revisión de imágenes adquiridas u observar el movimiento tisular entre ciclos cardíacos.	06-09-2022	15:54:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.	12-09-2022	09:32:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato., Solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de equipos con comprobada calidad en el mercado local e internacional	06-09-2022	15:56:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-09-2022	15:45:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Garantía escrita válida por 2 años contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, stock de repuestos y accesorios. (Vigencia: de 1 año como mínimo otorgado por el fabricante y el año restante carta garantía del proveedor) solicitamos modificar a: Garantía escrita válida por 2 años contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, stock de repuestos y accesorios. La garantía no incluye daños que pudieran sufrir los equipos por errores de utilización, golpes y/o desgastes naturales. Lo solicitado se debe a que los transductores son considerados como material de desgaste y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante, por lo que solicitamos añadir que la garantía no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes naturales.	06-09-2022	15:58:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	09-09-2022	15:47:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: Se solicita que el plazo de entrega sea de 150 días como mínimo. La justificativa a esta solicitud sería los atrasos en la fabricación y entrega de equipos médicos atribuidos principalmente, según los expertos y nuestros fabricante, a dos factores principalmente: Las causas comúnmente citadas de la escasez incluyen la pandemia de COVID-19 en CHINA , y la guerra comercial entre China y Estados Unidos. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: • https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20220312/8119652/entrega-chips-aumenta-escasez-semiconductores-pmv.html • https://www.bbc.com/mundo/noticias-55955119 • https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_global_de_chips_(2020-presente) • https://www.youtube.com/watch?v=rwwLtiNxPzM	06-09-2022	22:05:40
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		09-09-2022	15:47:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA: Se solicita que el plazo de entrega sea de 150 días como mínimo. La justificativa a esta solicitud sería los atrasos en la fabricación y entrega de equipos médicos atribuidos principalmente, según los expertos y nuestros fabricante, a dos factores principalmente: Las causas comúnmente citadas de la escasez incluyen la pandemia de COVID-19 en CHINA , y la guerra comercial entre China y Estados Unidos. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20220312/8119652/entrega-chips-aumenta-escasez-semiconductores-pmv.html https://www.bbc.com/mundo/noticias-55955119 https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_global_de_chips_(2020-presente) https://www.youtube.com/watch?v=rwwLtiNxPzM		06-09-2022	22:06:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		09-09-2022	15:47:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Considerando que la Unidad de monitorización y análisis sanguíneo es un monitor independiente a la máquina de circulación extracorpórea y que no todos los fabricantes poseen este tipo de monitor, se solicita que este dispositivo sea un item separado e independiente de la máquina de circulación extracorpórea porque de lo contrario se pueden dirigir las especificaciones.		06-09-2022	22:07:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita soportes de fijación al carro y todas las conexiones necesarias para utilizar el monitor junto con las máquina de Circulación Extracorporea. Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas.		09-09-2022	15:52:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si un módulo de bomba centrífuga va ser utilizado como sistema portátil de soporte cardiopulmonar o ECMO. Si es así y para evitar confusiones se solicita que donde dice: Dos (02) módulo de bomba centrífuga acoplable e intercambiable en la base, con sensor de flujo y de rotación. Diga: Dos (02) módulo de bomba centrífuga acoplable en la base, con sensor de flujo y de rotación, uno de ellos para ser utilizado como sistema portátil de soporte cardiopulmonar o ECMO. Favor aclarar, porque está confuso.		06-09-2022	22:07:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La bomba centrífuga independiente, tiene la función de Asistencia Circulatoria Drenaje Venoso asistido dinámico, cirugía traqueal, incluso para asistencia bi o univentricular.		09-09-2022	15:55:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si las diez (10) unidades de bombas centrífugas deben ser para con recubierta biocompatible para ECMO. Si es para ECMO definir cuantos días de vida útil debe tener la recubierta biocompatible. Si es para ECMO recomendamos como mínimo 15 días. Favor aclarar.		06-09-2022	22:07:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.		12-09-2022	09:32:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si el módulo de bomba centrífuga que va ser utilizado como sistema portátil de soporte cardiopulmonar o ECMO debe poseer un calentador independiente con control de la temperatura de 35°C a 39°C, con kit de recirculación y mangueras con mangueras con conectores tipo Hanset.		06-09-2022	22:08:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Bomba Centrífuga será utilizada no solo para ECMO, se aceptarán equipos que cuenten con calentador.		09-09-2022	15:57:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si el módulo de bomba centrífuga que va ser utilizado como sistema portátil de soporte cardiopulmonar o ECMO debe poseer un carro de transporte y porta suero con 4 servicios, con altura ajustable, fabricados en acero inoxidable.		06-09-2022	22:08:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.		12-09-2022	09:32:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta Lámpara LED debe tener brazo flexible para su fácil posicionamiento.		06-09-2022	22:08:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita en las especificaciones técnicas "Con brazo flexible de 40 cm de longitud o mayor"		09-09-2022	16:00:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA Favor especificar la cantidad y medida de cada inserto que debe incluirse con cada bomba de rodillo de un cabezal. Como mínimo se recomiendan 4 unidades por cada medida de inserto solicitada. Ejemplo de medidas de insertos de: 1/8" x 1/16, 3/16 x 1/16, 1/4x1/16, 3/8" x 1/16, 1/2" x 1/16, 1/2x3/32, 3/8x3/32, 1/4x3/32.		06-09-2022	22:08:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La máquina debe ser capaz de soportar cualquier tipo de tubos. La calibración de los mismos depende de los insumos utilizados y del usuario.		09-09-2022	16:02:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Favor especificar la cantidad y medida de cada inserto que debe incluirse con cada bomba de rodillo de dos cabezales. Como mínimo se recomiendan 4 unidades por cada medida de inserto solicitada. Ejemplo de medidas de insertos de: 1/8" x 1/16, 3/16 x 1/16, 1/4" x 1/16, 1/4" x 3/32.		06-09-2022	22:09:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La máquina debe ser capaz de soportar cualquier tipo de tubos. La calibración de los mismos depende de los insumos utilizados y del usuario.		09-09-2022	16:03:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si módulo de bomba centrífuga debe tener pantalla color del tipo touchscreen para el control de sus funciones.		06-09-2022	22:09:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En "Descripción General del Sistema" se solicita "Panel de control tipo consola con membrana táctil o touch screen y/o manual"		09-09-2022	17:05:13
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA De forma a evitar confusiones, favor aclarar si el equipo debe poseer un módulo de dos canales para dos sensores de burbujas independientes, con un sensor de burbujas de 3/8 y otro sensor de burbujas de 1/4, o un módulo para sensor de burbujas de un canal para un sensor de burbujas, con un sensor de burbujas de 3/8 y un sensor de burbujas de 1/4. Favor verificar.		06-09-2022	22:10:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.		12-09-2022	09:32:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA De forma a evitar confusiones, favor aclarar si el equipo debe poseer un módulo de dos canales para dos sensores de flujo independientes, con un sensor de flujo de 3/8 y otro sensor de flujo de 1/4, o un módulo para sensor de burbujas de un canal para un sensor de flujo, con un sensor de flujo de 3/8 y un sensor de flujo de 1/4. Favor verificar.		06-09-2022	22:10:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.		12-09-2022	09:32:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA De forma a evitar confusiones, favor aclarar si el equipo debe poseer un módulo con cuatro canales de presión y la cantidad de cables interfaces para sensores de presión y soportes para porta suero para los sensores de presión invasivo. Recomendamos por lo menos un soporte para porta suero para cuatro sensores de presión, como mínimo. Favor verificar.		06-09-2022	22:10:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.		12-09-2022	09:33:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el control de nivel debe ser del tipo electrónico.		06-09-2022	22:10:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.		12-09-2022	09:33:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la Pinza electrónica de clampado venoso, debe tener una rango de oclusión de 0% a 100% con control electrónico y digital desde el panel de control.		06-09-2022	22:11:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.		12-09-2022	09:33:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA Favor aclarar si donde dice Bomba de centrífuga con gabinete independiente se refiere a que la bomba centrífuga pueda constituir un sistema portátil de soporte cardiopulmonar para ECMO. Si es así favor especificar los accesorios necesarios. Favor verificar.	06-09-2022	22:11:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La bomba centrífuga independiente, tiene la función de Asistencia Circulatoria Drenaje Venoso asistido dinámico, cirugía traqueal, incluso para asistencia bi o univentricular.	09-09-2022	16:06:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si donde dice Sistema de monitorización de medio interno (sat. V, Hb, otros) se refiere a que el equipo debe contar con monitorización de hemoglobina, monitorización de la oxigenación cerebral y monitorización del nivel de anestesia y sedación. Favor especificar.	06-09-2022	22:11:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los parámetros de monitorización detallados en las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, se aceptarán equipos que cuenten con otros parámetros de monitorización no mencionados.	09-09-2022	16:09:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe poseer por lo menos dos porta sueros de acero inoxidable incorporados en el gabinete de acero inoxidable.	06-09-2022	22:11:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.	12-09-2022	09:33:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se solicitaron temporizadores. Se recomienda como mínimo tres temporizadores simples para: perfusión, pinzamiento cruzado y reperusión y tres temporizadores programables ascendentes y decrecientes para uso general, con indicador de estado, como mínimo.	06-09-2022	22:12:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En "Descripción General del Sistema" se solicita cronómetros como mínimo 3 canales configurados por el usuario.	09-09-2022	16:48:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si equipo debe calcular el caudal de flujo objetivo por el peso y el Area de Superficie Corporal.	06-09-2022	22:12:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se requiere dicha especificación.	09-09-2022	16:48:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe calcular el volumen antes del Bypass Cardio Pulmonar y el índice de masa corporal del paciente.	06-09-2022	22:12:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se requiere dicha especificación.	09-09-2022	16:49:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe calcular automáticamente el valor estimado del volumen de sangre del Bypass Cardio Pulmonar y del Hematocrito.	06-09-2022	22:12:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se requiere dicha especificación.	09-09-2022	16:49:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe calcular la dosis total de heparina en relación con el peso del paciente introducido en unidades por kilogramo.	06-09-2022	22:13:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se requiere dicha especificación.	09-09-2022	16:49:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe calcular el consumo de oxígeno calculado y el suministro de oxígeno calculado indexados al Area de Superficie Corporal.	06-09-2022	22:13:21
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se requiere dicha especificación.	09-09-2022	16:49:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si las bombas de rodillos deben tener modo de funcionamiento por RPM, LPM y de flujo pulsátil.	06-09-2022	22:13:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En "Consola y Bombas" se solicita "Monitor digital de la velocidad en RPM y flujo sanguíneo en LPM" y en otro punto "operación de flujo pulsátil"	09-09-2022	16:53:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si, por ergonomía y rapidez, cada bomba de rodillo debe ser controlado a través de una pantalla color del tipo touchscreen, donde se pueden visualizar: flujo programado, velocidad programada, flujo medido, flujo medido indexado y las lecturas de los sensores de presión, nivel y burbujas.	06-09-2022	22:13:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se especifica el tipo de control, el mismo podrá ser por medio de una pantalla táctil, botones o mando giratorio y la visualización podrá ser por display o pantalla táctil.	09-09-2022	16:56:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ÍTEM 3. ECOGRAFO Donde dice: Pantalla: Monitor LED 15" (pulgadas) con tecnología IPS, Full HD con resolución de 1920 x 1080 pixeles. A fin de no limitar la participación a los posibles oferentes solicitamos a la convocante permita cotizar: Pantalla: Monitor LED o LCD 15" (pulgadas) de alta resolución. Resolución de 1920 x 1080 pixeles.	07-09-2022	08:08:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.	12-09-2022	09:35:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Módulo de bomba centrífuga: Se debe incluir diez (10) unidades de bombas centrífugas. Consulta: se debe incluir 10 cabezales de bomba o centrífuga o 10 bombas centrífugas? Si son 10 bombas centrífugas la adquisición del equipo tendría un costo muy elevado y es muy sobredimensionado la adquisición de 10 bombas centrífugas	07-09-2022	08:48:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.	12-09-2022	09:36:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1- Copia de contratos acompañados de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. (que correspondan al bien o bienes que cotiza en esta contratación). Favor con el proposito de dar mayor participacion se solicita se suprima la condicion: que correspondan al bien o bienes que cotiza en esta contratacion, a fin de evitar inconvenientes en el proceso de evaluacion porque asi como esta expresado, pareciera que si cotiza ecografo, deben ser contratos de ecografos o extracorporea debe ser de extracorporea y esta ultima no es un equipo muy especifico q no se vende unidades cada año	07-09-2022	09:02:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-09-2022	16:57:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem correspondiente a experiencia requerida se solicita: El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del bien que cotiza en esta contratación) mediante copias de contratos ejecutados acompañados de la facturación de ventas y/o recepciones finales, en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2019-2020-2021). Teniendo en cuenta que estos tres últimos años la venta de equipos y productos médicos ha sido afectado por la pandemia solicitamos ampliar el rango de facturación a los años 2017-2018-2019-2020-2021	07-09-2022	09:20:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-09-2022	16:58:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Maquina de Circulación Extracorporea: Solicitamos amablemente a la convocante solicitar la asistencia circulatoria prolongada como un ítem separado teniendo en cuenta que representa otro equipo.	07-09-2022	09:22:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	09-09-2022	16:58:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Maquina de Circulación Extracorporea: En las características de la pagina 31/51 donde dice "refrigeración de tres canales" solicitamos aceptar en las bases "refrigeración de dos o tres canales", con un rango de 3 a 42 °C y una precisión de +- 0,5°C y una resolución de 0,5°C, de manera a permitir la mayor participación de oferentes	07-09-2022	09:23:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	09-09-2022	16:59:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante, se solicita que donde Dice: Rango de medición de -400 a +400 mmHg, o mejor. Diga: Rango de medición de -30 a +300 mmHg, o mejor. Un rango de -400 a +400 mmHg no es fisiológico y no tiene aplicación práctica.	07-09-2022	10:05:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.	12-09-2022	09:36:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante, se solicita que donde Dice: Rango de ajuste de cero de -400 a +400 mmHg, o mejor. Diga: Rango de ajuste de cero de -30 a +300 mmHg, o mejor. Un rango de ajuste de cero de -400 a +400 mmHg no es fisiológico. No existe una presión de -400 a +400 mmHg que pueda cerarse.	07-09-2022	10:05:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.	12-09-2022	09:36:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante, se solicita que donde Dice: Exactitud de 1% del fondo de escala, o mejor. Diga: Exactitud del ±4% o ±4 mmHg del valor medido, el que sea mayor, o mejor.	07-09-2022	10:06:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	09-09-2022	16:59:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante, se solicita que donde Dice: Rango de medición de 0°C a 50°C, o mejor. Diga: Rango de medición de 2°C a 41°C., o mejor. Un rango de temperatura inferior a 2°C y superior a 41°C no es fisiológico y no tiene aplicación práctica.	07-09-2022	10:06:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.	12-09-2022	09:36:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA De forma a reducir el riesgo de contaminación, se consulta si la unidad de calentamiento y enfriamiento debe ser fabricada interna y externamente en acero inoxidable.	07-09-2022	10:11:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es necesario.	09-09-2022	17:02:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Para evitar confusiones se solicita que donde Dice: Con monitoreo de volumen y presión de cardioplejía; Diga: Con monitoreo de volumen total, volumen actual y presión de cardioplejía. Favor verificar.	07-09-2022	10:16:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.	12-09-2022	09:37:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la unidad de calentamiento y enfriamiento, debe tener una función automática para el vaciado de los líquidos de las mangueras y accesorios externos, de forma a evitar el derramamiento de líquidos durante la desconexión del equipo y evitar la contaminación de la sala de cirugía por los líquidos contenidos en las mangueras y accesorios externos.	07-09-2022	10:23:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se requiere dicha especificación.	09-09-2022	17:03:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Para el ítem 3 Donde dice: "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato., Solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.	12-09-2022	15:37:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-09-2022	07:52:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Garantía escrita valida por 2 años contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, stock de repuestos y accesorios. (Vigencia: de 1 año como mínimo otorgado por el fabricante y el año restante carta garantía del proveedor) solicitamos modificar a: Garantía escrita valida por 2 años contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, stock de repuestos y accesorios. La garantía no incluye daños que pudieran sufrir los equipos por errores de utilización, golpes y/o desgastes naturales. (Vigencia: de 1 año como mínimo otorgado por el fabricante y el año restante carta garantía del proveedor). Lo solicitado se debe a que los transductores son considerados como material de desgaste y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante, por lo que solicitamos añadir que la garantía no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes naturales.	12-09-2022	16:43:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-09-2022	07:52:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Un Cable ECG de 3 derivaciones, favor aclarar si el mismo debe ser tamaño adulto o pediátrico	13-09-2022	17:54:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Debe ser tamaño adulto/pediátrico.	16-09-2022	07:55:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Considerando que la Unidad de monitorización y análisis sanguíneo es un monitor independiente a la máquina de circulación extracorpórea y que no todos los fabricantes de máquina de circulación extracorpórea poseen este tipo de monitor, se solicita que este dispositivo sea un ítem separado e independiente del ítem 4 máquina de circulación extracorpórea porque de lo contrario se pueden dirigir las especificaciones a uno o dos fabricantes.	13-09-2022	20:48:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	16-09-2022	07:56:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si un módulo de bomba centrífuga va ser utilizado como sistema portátil de soporte cardiopulmonar o ECMO. Si es ECMO favor aclarar cuantos días el sistema y sus descartables deben poder funcionar en forma continua. Para ECMO se recomienda como mínimo 15 días. Favor aclarar, porque está confuso.	13-09-2022	20:48:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La bomba centrífuga independiente tiene la función de asistencia circulatoria para drenaje venoso asistido dinámico, cirugía traqueal. No será utilizado solo para ECMO. Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones V5.	16-09-2022	08:05:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si las diez (10) unidades de bombas centrífugas deben ser para con recubierta biocompatible para ECMO. Si es para ECMO definir cuantos días de vida útil debe tener la recubierta biocompatible. Si es para ECMO recomendamos como mínimo 15 días. Favor aclarar.	13-09-2022	20:48:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los conos de centrifugas serán utilizados para cirugía cardíaca y/o eventualmente para asistencia circulatoria de corta duración. Si deben ser recubiertos no así las validaciones para tiempo pero de contar con esa especificación será aceptada.	16-09-2022	08:09:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se aclara si el módulo de bomba centrífuga que va ser utilizado como sistema portátil de soporte cardiopulmonar o ECMO debe poseer un calentador independiente con control de la temperatura de 35°C a 39°C, con kit de recirculación y mangueras con conectores tipo Hanset.	13-09-2022	20:48:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

No es necesario que cuente con calentador pero si la oferta incluye el calentador el mismo será aceptado.		16-09-2022	08:15:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Favor especificar la cantidad y medida de cada inserto que debe incluirse con cada bomba de rodillo de un cabezal. Como mínimo se recomiendan 4 unidades por cada medida de inserto solicitada. Ejemplo de medidas de insertos de: 1/8" x 1/16, 3/16 x 1/16, 1/4x1/16, 3/8" x 1/16, 1/2" x 1/16, 1/2x3/32, 3/8x3/32, 1/4x3/32.		13-09-2022	20:49:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La máquina debe ser capaz de soportar cualquier tipo de tubo. Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones V5.		16-09-2022	08:18:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Favor especificar la cantidad y medida de cada inserto que debe incluirse con cada bomba de rodillo de dos cabezales. Como mínimo se recomiendan 4 unidades por cada medida de inserto solicitada. Ejemplo de medidas de insertos de: 1/8" x 1/16, 3/16 x 1/16, 1/4" x 1/16, 1/4" x 3/32.		13-09-2022	20:49:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la respuesta de la consulta N° 133.		16-09-2022	08:18:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si módulo de bomba centrífuga debe tener pantalla color del tipo touchscreen para el control de sus funciones.		13-09-2022	20:49:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones V5 se solicita Panel de Control tipo consola con membrana táctil o touchscreen y/o manual.		16-09-2022	08:20:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA De forma a evitar confusiones, favor aclarar si el equipo debe poseer un módulo de dos canales para dos sensores de flujo independientes, con un sensor de flujo de 3/8 y otro sensor de flujo de 1/4, o un módulo para sensor de burbujas de un canal para un sensor de flujo, con un sensor de flujo de 3/8y un sensor de flujo de 1/4. Favor verificar.		13-09-2022	20:49:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a las Especificaciones Técnicas apartado "Módulo de Bomba Centrífuga"		16-09-2022	08:21:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la Pinza de clampado venoso, debe tener una rango de oclusión de 0% a 100% con control desde el panel de control.		13-09-2022	20:50:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones V5 se solicita "Pinzas de oclusión de 0% a 100% mecánicas o electrónicos"		16-09-2022	08:23:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si donde dice Bomba de centrífuga con gabinete independiente se refiere a que la bomba centrífuga pueda constituir un sistema portátil de soporte cardiopulmonar para ECMO. Si es así favor especificar los accesorios necesarios. Favor verificar.		13-09-2022	20:50:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la respuesta de la consulta N° 130.		16-09-2022	08:24:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si donde dice Sistema de monitorización de medio interno (sat. V, Hb, otros) se refiere a que el equipo debe contar con monitorización de hemoglobina, monitorización de la oxigenación cerebral y monitorización del nivel de anestesia y sedación. Favor especificar.		13-09-2022	20:51:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En el apartado de Unidad de monitorizacion y análisis sanguíneo se describe los parametros a medir.		16-09-2022	08:27:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe poseer por lo menos dos porta sueros de acero inoxidable incorporados en el gabinete de acero inoxidable.		13-09-2022	20:51:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Para el módulo de presión se solicita un porta suero y para la bomba centrífuga se solicita otro porta suero.		16-09-2022	08:29:03

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si equipo debe calcular el caudal de flujo objetivo por el peso y el Area de Superficie Corporal.		13-09-2022	20:51:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No es un requisito pero si cuenta con dicha medición será aceptado.		16-09-2022	08:29:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe calcular el volumen antes del Bypass Cardio Pulmonar y el índice de masa corporal del paciente.		13-09-2022	20:52:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No es un requisito pero si cuenta con dicha medición será aceptado.		16-09-2022	08:30:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe calcular automáticamente el valor estimado del volumen de sangre del Bypass Cardio Pulmonar y del Hematocrito.		13-09-2022	20:52:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No es un requisito pero si cuenta con dicha medición será aceptado.		16-09-2022	08:30:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe calcular la dosis total de heparina en relación con el peso del paciente introducido en unidades por kilogramo.		13-09-2022	20:52:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No es un requisito pero si cuenta con dicha medición será aceptado.		16-09-2022	08:31:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe calcular el consumo de oxígeno calculado y el suministro de oxígeno calculado indexados al Area de Superficie Corporal.		13-09-2022	20:52:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No es un requisito pero si cuenta con dicha medición será aceptado.		16-09-2022	08:31:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si, por ergonomía y rapidez, cada bomba de rodillo debe ser controlado a través de una pantalla color del tipo touchscreen, donde se pueden visualizar: flujo programado, velocidad programada, flujo medido, flujo medido indexado y las lecturas de los sensores de presión, nivel y burbujas.		13-09-2022	20:53:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la respuesta de la consulta N° 135.		16-09-2022	08:31:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante, se solicita que donde Dice: Rango de medición de -400 a +400 mmHg, o mejor. Diga: Rango de medición de -30 a +300 mmHg, o mejor. Un rango de -400 a +400 mmHg no es fisiológico y no tiene aplicación práctica.		13-09-2022	20:53:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al rango solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones V5.		16-09-2022	08:33:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante, se solicita que donde Dice: Rango de ajuste de cero de -400 a +400 mmHg, o mejor. Diga: Rango de ajuste de cero de -30 a +300 mmHg, o mejor. Un rango de ajuste de cero de -400 a +400 mmHg no es fisiológico. No existe una presión de -400 a +400 mmHg que pueda cerarse.		13-09-2022	20:53:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones V5.		16-09-2022	08:34:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones a un fabricante, se solicita que donde Dice: Exactitud de 1% del fondo de escala, o mejor. Diga: Exactitud del $\pm 4\%$ o ± 4 mmHg del valor medido, el que sea mayor, o mejor.		13-09-2022	20:53:45

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones V5.	16-09-2022	08:34:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA De forma a reducir el riesgo de contaminación, se consulta si la unidad de calentamiento y enfriamiento debe ser fabricada interna y externamente en acero inoxidable.	13-09-2022	20:54:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito. En caso de que sea todo de acero inoxidable debe contar con descargue eléctrico.	16-09-2022	08:35:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Para evitar confusiones se solicita que donde Dice: Con monitoreo de volumen y presión de cardioplejía; Diga: Con monitoreo de volumen total, volumen actual y presión de cardioplejía. Favor verificar.	13-09-2022	20:54:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ya se había modificado. Dirigirse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones V5.	16-09-2022	08:38:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la unidad de calentamiento y enfriamiento, debe tener una función automática para el vaciado de los líquidos de las mangueras y accesorios externos, de forma a evitar el derramamiento de líquidos durante la desconexión del equipo y evitar la contaminación de la sala de cirugía por los líquidos contenidos en las mangueras y accesorios externos.	13-09-2022	20:54:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito.	16-09-2022	08:39:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ÍTEM N° 2 LAMPARA HENDIDURA PORTATIL, en una parte de las Especificaciones técnicas dice: Distancia pupilar: 50 mm (o menor) a 70 mm (o mayor). Solicitamos respetuosamente al Convocante permita cotizar equipos con: Distancia pupilar: 55 mm (o menor) a 70 mm (o mayor).	14-09-2022	08:36:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones V5.	16-09-2022	08:40:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Suministros Requeridos – Especificaciones técnicas. Plan de entregas de los Bienes, dice: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato. Solicitamos respetuosamente que este punto quede de la siguiente manera: 90 (noventa) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra	14-09-2022	08:37:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-09-2022	08:40:19

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - RUC: 80107939-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508054542-END:000	Póliza	La Consolidada de Seguros	02-09-2022	08-09-2022	16-01-2023
1508054542-END:001/002	Endoso de Póliza	La Consolidada de Seguros	05-09-2022	13-09-2022	21-01-2023

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - RUC: 80107939-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508054542-END:003/004	Endoso de Póliza	La Consolidada de Seguros	19-09-2022	20-09-2022	28-01-2023
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1					
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
PÓLIZA N°: 1508054688 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	20-09-2022	20-09-2022	17-02-2023
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0					
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508054694 - END.: 000,	Póliza	La Consolidad de Seguros	20-09-2022	20-09-2022	29-03-2023
Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0					
Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
1508019659	Póliza	Aseguradora Paraguaya S.A.E.C.A.	20-09-2022	20-09-2022	17-02-2023
Oferente: CHACO INTERNACIONAL SA - RUC: 80026564-5					
Oferente: CHACO INTERNACIONAL SA - RUC: 80026564-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508012531	Póliza	Aseguradora del Este S.A.	20-09-2022	21-09-2022	30-03-2023
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1					
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6
1508054691	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A	20-09-2022	21-09-2022	29-01-2023
Oferente: G T SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6					
Oferente: G T SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7
1508006653	Póliza	Aseguradora Yacyreta S.A.	20-09-2022	21-09-2022	18-05-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42183018-002	Tonometro Automatico Portatil				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

ARGON S.R.L. - 80004373-1	ICARE	Icare Finland Oy.	ic100	Finlandia	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas. -	45.000.000	45.000.000
---------------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---	------------	------------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42183023-006	Lampara de Hendidura Portatil					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	REICHERT	Reichert, Inc.	PSL	U.S.A.	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas. -	65.000.000	65.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42201718-001	Ecografo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	VINNO	Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd.	Vinno 6	China	Ecografo	279.500.000	279.500.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	General Electric	General Electric	Vivid IQ Premium	China	Ecografo	700.000.000	700.000.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens Healthineers	Siemens Healthcare GmbH	ACUSON P500	República de Corea/Alemania	Ecógrafo	380.000.000	380.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	ESAOTE	ESAOTE SPA	MTURBO	ITALIA	ECOGRAFO	380.000.000	380.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	42293112-001	Maquina de Circulacion Extracorporea					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO/GETINGE	TERUMO CARDIOVASCULAR SYSTEMS CORPORATION/GETINGE	NO APLICA	USA/CHILE/ ARGENTINA/ JAPON/ ALEMANIA	Maquina de Circulacion Extracorporea	3.300.000.000	3.300.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova-Sorin	Livanova - Sorin	no aplica	Alemania/Italia		3.016.039.254	3.016.039.254

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	42192207-001	Camilla con ruedas					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Tonometro Automatico Portatil

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	36.300.000	21-09-2022	09:25:26.450	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	764764bc843c0e4447d81361b5532880	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	45.000.000	21-09-2022	09:02:01.089	Propuesta
		Código Verificador:	c982100ed33341803e91fd177cf5567e	

2 - Lampara de Hendidura Portatil

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	61.000.000	21-09-2022	09:42:24.910	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	65af6d66ca9d0bfd6e31647367170435
ARGON S.R.L. - 80004373-1	65.000.000	21-09-2022	09:02:01.128 Propuesta
		Código Verificador:	9d11a533e8a70b1f933d18e1b62e3750

3 - Ecografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	230.000.000	21-09-2022	10:04:02.131	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	652c6440527054d1e4ac8b31223a30a0	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	234.000.000	21-09-2022	10:03:46.771	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0a239b3408762f4390d1da959cb2e92	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	235.000.000	21-09-2022	10:03:35.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47f978a22381a653e8795d46cf49e472	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	236.000.000	21-09-2022	10:03:24.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06a75ed21299716064f997c325136e03	
IMESE S.A. - 80016426-1	236.990.000	21-09-2022	10:03:33.401	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85068c1b0aa379af2be34f25181e6f83	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	237.000.000	21-09-2022	10:03:16.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f7b5c2b0ce99be9c825335a096d7024	
IMESE S.A. - 80016426-1	237.990.000	21-09-2022	10:03:15.320	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	063c6e62e44f2f569e0a89b522273f9f	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	238.000.000	21-09-2022	10:03:05.996	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ccc5f30c85b364c66ea9b8c15a76828	
IMESE S.A. - 80016426-1	238.990.000	21-09-2022	10:03:08.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3c65581d3a39d6871d4fe094d5d2450	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	239.000.000	21-09-2022	10:02:58.343	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a3760a3d640b8e57d98d2bdbade23d9	
IMESE S.A. - 80016426-1	239.990.000	21-09-2022	10:02:57.944	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da980308f09406654cd47f3c22a7f92a	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	240.000.000	21-09-2022	10:02:47.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7245f80256582e33832d4df7edebb662	
IMESE S.A. - 80016426-1	240.990.000	21-09-2022	10:02:40.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	530bab20a13eca7edd7fc5a487975204	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	241.000.000	21-09-2022	10:02:34.738	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8cacfe38b5c4c1838b4b08858c3b476b	
IMESE S.A. - 80016426-1	241.990.000	21-09-2022	10:02:35.427	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b1e060e7dcfe0d9bb9a11fba072821d	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	242.000.000	21-09-2022	10:02:25.135	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87b49b0baa0bd5bbafa0800da2dbfe6a	
IMESE S.A. - 80016426-1	242.990.000	21-09-2022	10:02:24.478	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a08acb369194c7fee6d463b04bf96faf	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	243.000.000	21-09-2022	10:02:14.758	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	814ba339d644dd7c2209df06ead4c48c	
IMESE S.A. - 80016426-1	243.990.000	21-09-2022	10:02:17.517	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d77fab3382c837519c42fc57233ac395	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	244.000.000	21-09-2022	10:02:06.149	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	273bfaab8185668abd502fe14c99e7a8	

Listado General de todas las Ofertas

IMESE S.A. - 80016426-1	244.990.000	21-09-2022	10:02:03.745	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cd3f12ee63d006fa0906411dcb222e8	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	245.000.000	21-09-2022	10:01:54.696	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ef9abd8c4af4a7e5ec6a4e4d05d8666	
IMESE S.A. - 80016426-1	245.990.000	21-09-2022	10:01:56.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6de7a5fd4627bef853b7f279c5f058d1	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	246.000.000	21-09-2022	10:01:46.632	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f81ce0e89b292d16875366a1cd1ebd65	
IMESE S.A. - 80016426-1	246.990.000	21-09-2022	10:01:40.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33b361d908dbc7bd00cbf328f9c4e9a0	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	247.000.000	21-09-2022	10:01:33.138	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19a1bdbbfb9057a2a0d87236aa22b60	
IMESE S.A. - 80016426-1	247.990.000	21-09-2022	10:01:34.461	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bc242910aef0c35b995259385e7131	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	248.000.000	21-09-2022	10:01:24.052	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f998a2b5d75c02412ae17d5175591deb	
IMESE S.A. - 80016426-1	248.990.000	21-09-2022	10:01:23.336	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1891bf7b5756915ec08200e6aaeb14de	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	249.000.000	21-09-2022	10:01:12.852	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a0ee1c4b25105592dc8cac502267a82	
IMESE S.A. - 80016426-1	249.900.000	21-09-2022	10:01:03.054	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a784c89a34daa78a8e59ea1ac6d7d8a	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	250.000.000	21-09-2022	10:00:56.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f323a76a577ae150ba3f0c68779cd33	
IMESE S.A. - 80016426-1	256.900.000	21-09-2022	10:00:52.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f088c097af8674b3f3b35f9c6ce80b77	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	257.000.000	21-09-2022	10:00:44.250	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6e56e77475b5963a70461dd0c6000db	
IMESE S.A. - 80016426-1	258.900.000	21-09-2022	10:00:42.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d06f671443dad266338ea936ecf7fe9	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	259.000.000	21-09-2022	10:00:29.868	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eee850d32c56b92354d7df239a6d63c8	
IMESE S.A. - 80016426-1	259.900.000	21-09-2022	10:00:25.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ec6824254191d98aca8d3c1bd92aafc	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	260.000.000	21-09-2022	10:00:08.335	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2982a076156dd949965144edea819c77	
IMESE S.A. - 80016426-1	261.900.000	21-09-2022	10:00:11.500	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c972142e86e2db51420acae490d6d300	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	262.000.000	21-09-2022	09:59:59.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	114123b2c5783bb64d3c8e106f9b1cbf	
IMESE S.A. - 80016426-1	263.900.000	21-09-2022	09:59:55.624	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f19ca11dc7f1e4f76a4ff60e6d6bfb3	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	264.000.000	21-09-2022	09:59:43.174	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfe86612973a55bb17f4e84d887a611a	
IMESE S.A. - 80016426-1	265.900.000	21-09-2022	09:59:38.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba499455b8ccda7a2fd3426caf397d9	

Listado General de todas las Ofertas

TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	266.000.000	21-09-2022	09:59:31.087	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df58e0f2bfe5b53df7f334f1efcfe49e	
IMESE S.A. - 80016426-1	267.900.000	21-09-2022	09:59:19.353	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a46a439bb2a94d72b6e8f55f51b6963	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	268.000.000	21-09-2022	09:59:13.815	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24d15618933e2286dbdc7995afaf8b1d	
IMESE S.A. - 80016426-1	269.900.000	21-09-2022	09:59:01.164	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ed94da22230de980283d93305f31911	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	270.000.000	21-09-2022	09:58:44.304	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0bc726f6a74b5c5c82f0b91ae05c0742	
IMESE S.A. - 80016426-1	278.900.000	21-09-2022	09:58:28.574	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04bfe76e940fd8560293411cbf2782ab	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	279.500.000	21-09-2022	09:02:01.256	Propuesta
		Código Verificador:	7e94aa789a79d435db5299dd060add3	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	290.000.000	21-09-2022	09:59:34.682	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e79b1b4bd7a552f0fe408d2e10db5456	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	377.000.000	21-09-2022	09:58:31.337	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e0db392e90a3929ec90116078b4beba	
IMESE S.A. - 80016426-1	378.000.000	21-09-2022	09:51:46.397	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a909e7222fa988022504924015b596e4	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	380.000.000	21-09-2022	09:02:01.254	Propuesta
		Código Verificador:	b2e205eb9d72e0b983f1625977aaba31	
IMESE S.A. - 80016426-1	380.000.000	21-09-2022	09:02:01.255	Propuesta
		Código Verificador:	5d31336f43747c13bad064a126c2327b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	432.000.000	21-09-2022	10:00:38.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97c176941b41e30c1d6622ca34544a8e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	660.000.000	21-09-2022	09:58:53.657	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1ef8e7b437e05e305d087d1d100f99b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	700.000.000	21-09-2022	09:02:01.254	Propuesta
		Código Verificador:	9ad8bb6baad4d5f1d8b868f04bff9bf7	

4 - Maquina de Circulacion Extracorporea

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.495.000.000	21-09-2022	10:21:56.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6ee541b0e7a0463fc55d1a9dc31a009	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.505.000.000	21-09-2022	10:21:48.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6b996bd5b904b47b64406c2e5328a79	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.515.000.000	21-09-2022	10:21:43.700	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e91eb6e51f5d2ed9233b86be97b8a752	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.525.000.000	21-09-2022	10:21:39.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d64f492fa69617c41b74b68a4fe0987	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.535.000.000	21-09-2022	10:21:34.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf1f25332e7c3403126319bcafe69ab4	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.545.000.000	21-09-2022	10:21:30.025	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8bf5f9042f6c68021d3cba8c9f5443d	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.555.000.000	21-09-2022	10:21:23.433	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ab43cb3f1d60451d7171e3df5b873a7	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.565.000.000	21-09-2022	10:21:19.334	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	191573320bd5e7e1e3670915fe29597c	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.575.000.000	21-09-2022	10:21:15.682	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa657e71d850c3133dca084a4fc1e9c7	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.585.000.000	21-09-2022	10:21:05.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85de8f03d9d9bf803b3e628b2dc7986e	

Listado General de todas las Ofertas

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.595.000.000	21-09-2022	10:20:59.241	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	feca1235df4903ba89eb40ae14eec57c	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.612.800.000	21-09-2022	10:21:20.310	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a8a187a45a92eec851e4fd02f0a7ec9	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.614.800.000	21-09-2022	10:21:13.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f03439b759e00a5b29f5e31712fb966	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.615.000.000	21-09-2022	10:20:51.921	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a82f44539cc9890937e12950b2f91163	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.620.000.000	21-09-2022	10:20:56.389	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71e56f7b59219b13a2fd3ab42af03bf4	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.625.000.000	21-09-2022	10:20:48.120	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80637296d89b019bdc667abb08ac6277	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.630.000.000	21-09-2022	10:20:50.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f15f69eff53067d910c5d2665bdf14	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.635.000.000	21-09-2022	10:20:43.763	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c4dd77682f128c7414d6bdceb7af138	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.655.000.000	21-09-2022	10:20:40.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbd2955bc3856c764a733e9af3a3f0b5	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.660.000.000	21-09-2022	10:20:44.455	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4724998c92dee5d98c6e21e005bfc262	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.665.000.000	21-09-2022	10:20:37.130	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24e47c6aca58bd2a81ebdaa53bcaa819	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.685.000.000	21-09-2022	10:20:32.536	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02e42dd642ee9da220ef474e4a454c92	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.690.000.000	21-09-2022	10:20:37.945	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49bc34b6320a17dd39a4a0bb9940f81a	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.695.000.000	21-09-2022	10:20:26.976	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ec5cd17dcb87208568b7034cba422c1	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.700.000.000	21-09-2022	10:20:28.247	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d81316bc1d0c0a4aa76a5ed6ecf82567	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.705.000.000	21-09-2022	10:20:21.563	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f92ebcb1c581801c28316bbbf7d22c5	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.715.000.000	21-09-2022	10:20:15.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	634f040e96b8a7e6263dcc9e104f2254	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.720.000.000	21-09-2022	10:20:10.433	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c004e39e8fd4edda3d2c2c43de93311	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.725.000.000	21-09-2022	10:20:12.910	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a4232936e1a179736f35eb00297418a	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.735.000.000	21-09-2022	10:20:07.808	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	333dde43291b27b640b06afc409b0f59	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.745.000.000	21-09-2022	10:20:03.505	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b93fd4585bdf822aafd894cf4d5dedd3	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.750.000.000	21-09-2022	10:20:05.634	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c71d09faae00618471ca75e05112bba	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.765.000.000	21-09-2022	10:19:57.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdb63970d829e0e639689b61661e781	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.770.000.000	21-09-2022	10:20:00.182	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad4eb425d3b82e87a11670649591e771	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.775.000.000	21-09-2022	10:19:53.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5dd4fa37c2c7698e708d9d14a4f8ef0c	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.785.000.000	21-09-2022	10:19:46.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a827b8025779f8a7bd81362bd40cd11d	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.800.000.000	21-09-2022	10:19:53.268	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	58a2cc1d48211ff39cd5550fa5840bc4	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.805.000.000	21-09-2022	10:19:39.997	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d29e029c8b227661f72573600036a3c	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.810.000.000	21-09-2022	10:19:36.027	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21d7b3ceda77c142ff47215deadef130	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.815.000.000	21-09-2022	10:19:36.534	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	493bb9a0057ff975502eeac692ef3051	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.825.000.000	21-09-2022	10:19:30.854	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76473f03186e3f678ac14804b55d79d4	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.835.000.000	21-09-2022	10:19:26.962	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	211fe5634d3089b9c0444a40d7a5ef24	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.840.000.000	21-09-2022	10:19:25.529	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b2733b6296807589e454ae5a68d438c	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.845.000.000	21-09-2022	10:19:19.474	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29482a4a5822c1b9ce6b30216d43b8dd	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.855.000.000	21-09-2022	10:19:17.947	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ade4e8be9658e57119c9cbf843f9505	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.870.000.000	21-09-2022	10:19:15.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da9e7d910ecc7ed92bd85e60a8299639	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.875.000.000	21-09-2022	10:19:03.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14c93113645926ad8175b9f0c09d113	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.890.000.000	21-09-2022	10:19:09.438	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ee9f6021ceb7466d3996d12e67803cf	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.895.000.000	21-09-2022	10:18:55.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99be973f7d29c18dc980eba0d32b2666	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.910.000.000	21-09-2022	10:18:55.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7efc7e0a9d11dd25f434c42cc3714e24	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.915.000.000	21-09-2022	10:18:49.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04fc5a4bc1bc1be8ff379d65e43bbfa0	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.920.000.000	21-09-2022	10:18:45.768	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe556eb89c75db876b29b5011b0069c0	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.925.000.000	21-09-2022	10:18:44.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aceb8d0efa985083615607e223293957	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.935.000.000	21-09-2022	10:18:39.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc60c4a2dccc1b8d610fccb6d630b3609	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.940.000.000	21-09-2022	10:18:35.812	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddaaa2392a9b97fbf3269908f3d728ae	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.955.000.000	21-09-2022	10:18:32.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4f442723452db2cbad88e2f4f1c625f	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.960.000.000	21-09-2022	10:18:26.535	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a61e1ee456ec45ca7b243c1cd4a909c5	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.975.000.000	21-09-2022	10:18:17.463	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	615b3f2c0a3a1f12a82b9f22bb5fb95c	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.980.000.000	21-09-2022	10:18:07.955	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc36302002714f8833e7224e053d75b9	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.995.000.000	21-09-2022	10:17:57.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0dc562151051f4197defbb6de3b0fb0	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	3.000.000.000	21-09-2022	10:17:51.027	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3611e12153389b7f78b6d27d6c77059	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	3.005.000.000	21-09-2022	10:17:32.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ccb069e69f684cde26085b49af8180c	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	3.010.000.000	21-09-2022	10:16:33.470	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a4699a729d6f4a91a768dcaae54c01f	

Listado General de todas las Ofertas

G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	3.016.039.254	21-09-2022	09:02:01.289	Propuesta
		Código Verificador:	67e4a984f0303f008a6f17d43977b937	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	3.300.000.000	21-09-2022	09:02:01.290	Propuesta
		Código Verificador:	7dfcd22f9702d0ce34e70612f612be9a	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Tonometro Automatico Portatil

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	36.300.000

2 - Lampara de Hendidura Portatil

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	61.000.000

3 - Ecografo

Oferente	Mejor Precio
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	230.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	236.990.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	290.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	432.000.000

4 - Maquina de Circulacion Extracorporea

Oferente	Mejor Precio
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	2.495.000.000
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	2.612.800.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80000084-6 - G T SCIENTIFIC S.A.

Item	Precio Ganador
4 - Maquina de Circulacion Extracorporea	2.495.000.000

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - Tonometro Automatico Portatil	36.300.000
2 - Lampara de Hendidura Portatil	61.000.000

Proveedor: 80107939-0 - TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Item	Precio Ganador
3 - Ecografo	230.000.000

Listado de Mensajes

1 - Tonometro Automatico Portatil

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-09-2022	09:17:30.612
Buenos días, comenzamos la Subasta.	21-09-2022	09:17:42.160
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-09-2022	09:18:41.167
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-09-2022	09:18:54.903
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-09-2022	09:24:54.984
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-09-2022	09:33:03.077
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-09-2022	09:33:03.118

Listado de Mensajes

2 - Lampara de Hendidura Portatil

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-09-2022	09:33:34.391
Continuamos con la Subasta.	21-09-2022	09:33:41.645
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-09-2022	09:35:01.279
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-09-2022	09:35:15.521
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-09-2022	09:41:15.615
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-09-2022	09:45:18.770
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-09-2022	09:45:18.818

3 - Ecografo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-09-2022	09:45:59.913
Continuamos con la Subasta.	21-09-2022	09:46:07.182
Señores esperamos mejores ofertas.	21-09-2022	09:46:17.141
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-09-2022	09:49:03.175
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-09-2022	09:49:06.872
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-09-2022	09:57:46.505
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-09-2022	10:07:24.547
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-09-2022	10:07:24.600

4 - Maquina de Circulacion Extracorporea

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-09-2022	10:08:25.957
Continuamos con la Subasta.	21-09-2022	10:08:32.538
Señores esperamos mejores ofertas.	21-09-2022	10:08:38.962
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-09-2022	10:10:14.365
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-09-2022	10:10:19.133
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-09-2022	10:16:19.298
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-09-2022	10:25:22.541
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-09-2022	10:25:22.599

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.