

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 437912

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:27 del día 30/1/2024, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 437912 - LPN N° 04/2024 "ADQUISICIÓN DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA - MSPYBS" de la Institución:

**Código Verificador:** 48adef9448c3a8e18ee98ef36af56a8e

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
<b>UOC:</b>	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
<b>Código SICP:</b>	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita a la convocante que admita pantalla completamente táctil con botones y perrillas para la configuración del mismo. Que permita al usuario elegir la forma de uso (táctil o botones con perrillas), de este modo se obtendrán mas oferente a este llamado.		10-01-2024	12:23:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.		18-01-2024	11:36:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En este punto se solicita a la convocante aclarar si necesita el soporte de pared por cada equipo o solo que el monitor tenga la opción de colocación de un soporte de pared.		10-01-2024	12:24:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Se aclara que se precisa de un soporte de pared para cada monitor.		18-01-2024	11:37:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En este punto se solicita a la convocante aceptar mediciones en el rango de 0 a 300 PVCs/min o mayor.		10-01-2024	12:28:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones. Los rangos solicitados son los mínimos requeridos.		18-01-2024	11:38:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En este punto se solicita que los canales de impedancia sean aceptados entre RA-LL, RA-LA. De este modo abrirán más la cantidad de oferentes para este llamado.		10-01-2024	12:29:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.		18-01-2024	11:39:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Para este punto se solicita a la convocante aceptar equipos que puedan medir en modo manual, automático, continuo y secuencial. De este modo se tendrá mas oferentes.	10-01-2024	12:33:46
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.	18-01-2024	11:39:16
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En este punto se solicita a la convocante modificar el punto de la siguiente manera: ""Posibilidad de mediciones en ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1-P2 y etiquetado de sitio de medición."" De esta manera se entenderá mejor y se tendrá mas oferentes a este llamado.	10-01-2024	12:35:00
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Favor considerar que se precisan monitores para Terapias intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.	18-01-2024	11:40:34
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En este punto se solicita a la convocante aceptar ""el rango de medición De -30 a 300mmHg o rango más amplio, con exactitud de $\pm 4$ mmHg o $\pm 4\%$ o mejor.""	10-01-2024	12:35:50
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Los rangos solicitados son los mínimos requeridos. se podrán cotizar equipos con mejores rangos.	18-01-2024	11:41:51
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En este punto se solicita a la convocante aceptar monitores con 4 canales de EEG como mínimo. De esta manera habrá más oportunidades para otros oferentes y no se evidenciará un caso ""dirigido"".	10-01-2024	12:36:32
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	11:45:15
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Para este punto se solicita a la convocante que los dispositivos deben tener instalado el software de visualización previamente conectado en la red.	10-01-2024	12:37:37
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se podrán cotizar monitores con esta capacidad según la tecnología con que cuente cada fabricante para la marca y modelo que se cotice.	18-01-2024	11:46:21
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita a la convocante que admita pantalla completamente táctil con botones y perrillas para la configuración del mismo. Que permita al usuario elegir la forma de uso (táctil o botones con perrillas), de este modo se obtendrán mas oferente a este llamado.	11-01-2024	10:14:27
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.	18-01-2024	11:46:44
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En este punto se solicita a la convocante aclarar si necesita el soporte de pared por cada equipo o solo que el monitor tenga la opción de colocación de un soporte de pared.	11-01-2024	10:16:10
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se aclara que se precisa de un soporte de pared para cada monitor.	18-01-2024	11:47:17
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Para este punto se solicita a la convocante que los dispositivos deben tener instalado el software de visualización previamente conectado en la red.	11-01-2024	10:17:16
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se podrán cotizar monitores con esta capacidad según la tecnología con que cuente cada fabricante para la marca y modelo que cotice.	18-01-2024	11:48:35
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En este punto se solicita a la convocante aceptar mediciones en el rango de 0 a 300 PVCs/min o mayor.	11-01-2024	10:18:17
<b>RESPUESTAS</b>		

### Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los rangos solicitados son los mínimos requeridos. Ajustarse al Pliego de Bases y condiciones	18-01-2024	11:49:18
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En este punto se solicita que los canales de impedancia sean aceptados entre RA-LL, RA-LA. De este modo abrirán más la cantidad de oferentes para este llamado.	11-01-2024	10:19:09
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	18-01-2024	11:50:11
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para este punto se solicita a la convocante aceptar equipos que puedan medir en modo manual, automático, continuo y secuencial. De este modo se tendrá mas oferentes.	11-01-2024	10:20:06
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	18-01-2024	11:50:31
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En este punto se solicita a la convocante modificar el punto de la siguiente manera: ""Posibilidad de mediciones en ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1-P2 y etiquetado de sitio de medición."" De esta manera se entenderá mejor y se tendrá mas oferentes a este llamado.	11-01-2024	10:21:05
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para terapias intensivas por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	18-01-2024	11:51:47
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En este punto se solicita a la convocante aceptar "el rango de medición De -30 a 300mmHg o rango más amplio, con exactitud de $\pm 4$ mmHg o $\pm 4\%$ o mejor."	11-01-2024	10:22:01
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los rangos solicitados son los mínimos requeridos, se podrán cotizar equipos con mejores rangos.	18-01-2024	11:52:35
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En este punto se solicita a la convocante aceptar monitores con 4 canales de EEG como mínimo. De esta manera habrá más oportunidades para otros oferentes y no se evidenciará un caso "dirigido".	11-01-2024	10:22:47
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	11:53:56
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.7 Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas ¿Se podría cotizar con despliegue de al menos 7 curvas fisiológicas?	11-01-2024	13:55:40
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	11:54:35
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1 Monitor modular ¿Se podría cotizar modular o preconfigurado?	11-01-2024	13:56:39
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del pliego, en la que se solicita monitores del tipo modular.	18-01-2024	11:55:24
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.14 Posibilidad de medición de gasto cardíaco continuo por software no invasivo ¿Se podría considerar opcional, considerando que está limitando la participación a una marca específica en el mercado?	11-01-2024	13:58:08
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	12:02:28
<b>CONSULTA</b>		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1.4 Detección de por lo menos 20 arritmias ¿Se podría cotizar con al menos 15 tipos de arritmias?	11-01-2024	14:00:54
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, Ajustarse al Pliego de Bases y condiciones	18-01-2024	12:03:25
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.3.3 Canales seleccionables R-F y R-L ¿Se podría cotizar R-F y R-L o RA-LA y RA-LL?	11-01-2024	14:02:09
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, Ajustarse al Pliego de Bases y condiciones	18-01-2024	12:03:41
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.3.4 Rango de medición de 0 a 150 rpm ¿Se podría cotizar de 0 a 120 rpm o mejor?	11-01-2024	14:02:52
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, Ajustarse al Pliego de Bases y condiciones	18-01-2024	12:04:07
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.6.2 Etiquetado del sitio de medición de al menos P,1 P2, P3, ART, ART2, RAD, DORS, AO, FEM, UA, UV, PAP, CVP, RAP, RVP, LAP, LVP, ICP, ICP2, ICP3. ¿Se podría cotizar P1, P2, ART, PA, CUP, ICP, LAP, RAP o mejor rango?	11-01-2024	14:04:55
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	12:05:10
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.6.3 Medición de variación de presión sistólica (VPS), variación de presión de pulso (VPP), presión de perfusión cerebral (PPC), medición de la presión venosa central al final de la espiración (PVC - ET) ¿Se podría considerar como opcional?	11-01-2024	14:05:29
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	12:05:22
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7.1 03 (tres) módulos de EEG de 8 canales por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos de ocho unidades una para casa canal ¿Podrían aclarar a que lugar o lugares se deben entregar estos tres módulos?	11-01-2024	14:07:12
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Todas deberán entregarse en el Hospital Regional de Ciudad Del Este	18-01-2024	12:06:08
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Entendemos que la primera Orden corresponderá a los 16 monitores que deben ser entregados al Hospital Distrital de Hernandarias en un plazo de 3 días hábiles desde la recepción y las demás ordenes se irán emitiendo para los demás hospitales con plazo de 5 días hábiles para la entrega. Solicitamos ampliar el plazo de entrega de la primera orden a por lo menos 30 días hábiles desde la recepción y a 45 días hábiles para las demás ordenes de entrega	11-01-2024	14:12:33
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las circunstancias actuales de rebrote del COVID -19, así como el aumento de casos de Dengue nos obligan a contar en la brevedad posibles con estos equipos. Favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	18-01-2024	12:07:28
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Las órdenes de compra serán emitidas por la Dirección de Terapia Intensiva. Favor aclarar si las actas de recepción final deberán ser emitidas por cada Hospital beneficiado o por la Dirección de Terapia Intensiva.	11-01-2024	14:16:11
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a la Adenda Versión N  02 y al PBC última versión.	18-01-2024	12:08:24
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.7 dice: Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente. Solicitamos amablemente a la convocante que permita cotización de al menos 12 curvas fisiológicas, teniendo en cuenta que solo solicitan estos parámetros ECG, SPO2, RESP, TEMP, IBP, NIBP, EEG.	11-01-2024	16:02:00

### Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	12:09:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.12 dice: Sistema para fijación a pared de cada monitor. Solicitamos al Convocante aclarar ¿se refiere al soporte metálico que debe ser fijado a la pared?	11-01-2024	16:02:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se precisa de un soporte de pared para cada monitor.	18-01-2024	12:09:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.14 dice: Posibilidad de medición de Gasto Cardíaco continuo por software no invasivo. Considerando que usa la palabra "Posibilidad"; además no se solicitan los accesorios para realizar esta medición. Solicitamos al Convocante definir ¿debe proveerse o no, el módulo medición de Gasto Cardíaco?	11-01-2024	16:05:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que el equipo deberá contar con la posibilidad de incorporar a futuro este módulo de medición. sin necesidad de modificar ningún software o hardware y sin costo para el beneficiario más que la provisión del módulo y sus accesorios	18-01-2024	12:11:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.16 dice: Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica.. Solicitamos al Convocante definir, ¿debe proveerse o no, el software para visualización remota ?	11-01-2024	16:06:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se podrán cotizar monitores con esta capacidad según la tecnología con que cuente cada fabricante para la marca y modelo que se cotice	18-01-2024	12:12:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.2.7 dice: Posibilidad de la utilización de sensores de SPO2 de Masimo y Nellcor Solicitamos al Convocante permitir la utilización de sensores de SPO2 Masimo, Nellcor o de la misma marca ofertada.	11-01-2024	16:07:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	12:13:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 8.1 dice: Garantía escrita de 2 años como mínimo. Solicitamos amablemente a la convocante, que permita cotización de Garantía escrita de 1 año como mínimo.	11-01-2024	16:08:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a los términos de la Garantía.	18-01-2024	12:14:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Plazo de entrega: El presente proceso trata de la adquisición de Monitores Multiparametricos, sin embargo el Pliego dispone respecto al plazo de entrega cuanto sigue: Las órdenes de compra serán emitidas por la Dirección de Terapia Intensiva. Lugar de entrega: se realizarán según las siguientes distribuciones. Hospital Regional de CDE, Terapia Adulto: 22 Unidades Hospital Distrital de Hernandarias, Terapia Adulto: 16 Unidades Hospital Los Angeles, Terapia Intensiva Pediátrica/Neonatal: 10 Unidades Hospital Regional de CDE, Terapia Intensiva Pediátrica: 6 unidades La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato donde el Oferente tendrá un plazo de hasta 3 (tres) días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra, se entregarán los 16 monitores para el Distrital de Hernandarias. Los saldos de las cantidades adjudicadas serán emitidos dentro de los 45 días corridos posteriores a la primera entrega, donde el Oferente tendrá un plazo de hasta 5 (cinco) días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. Notamos que dicho plazo no es razonable a efectos de la logística de importación por parte del posible adjudicado y por tanto no se encuentra establecido con la mayor amplitud de acuerdo a la naturaleza específica del contrato" (sic). "En el anterior proceso de contratación similar llevado a cabo por la misma convocante ID 415992 , referente al mismo objeto el plazo de entrega se distribuía en forma lógica y proporcional, 60 días para la entrega y 15 días para la instalación de los equipos. "Esta misma disposición permitirá al adjudicado cumplir en forma los procesos propios de importación y logística. De mantener el plazo impuesto se estaría restringiendo innecesariamente la participación de otros oferentes. Por lo dispuesto mas arriba, solicitamos ampliar el plazo de entrega de la totalidad de los equipos a 120 días desde la firma del contrato de acuerdo a la naturaleza de lo solicitado.	11-01-2024	16:41:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las circunstancias actuales del rebrote de COVID-19, así como el aumento del Dengue nos obligan a contar en la brevedad posible con estos equipos. Favor ajustarse a l PBC	18-01-2024	12:15:23

### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.7 Solicitamos a la convocante que el módulo EEG, se declare opcional, de manera a no limitar la participación de más oferentes."	12-01-2024	08:16:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	12:16:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7.1 Solicitamos a la convocante que los accesorios del módulo EEG, se declaren opcional, de manera a no limitar la participación de más oferentes."	12-01-2024	08:16:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	12:16:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante que admita pantalla completamente táctil con botones y perrillas para la configuración del mismo. Que permita al usuario elegir la forma de uso (táctil o botones con perrillas), de este modo se obtendrán mas oferente a este llamado.	12-01-2024	10:32:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al PBC	18-01-2024	12:17:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En este punto se solicita a la convocante aclarar si necesita el soporte de pared por cada equipo o solo que el monitor tenga la opción de colocación de un soporte de pared.	12-01-2024	10:36:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se precisa de un soporte de pared para cada monitor.	18-01-2024	12:17:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para este punto se solicita a la convocante que los dispositivos deben tener instalado el software de visualización previamente conectado en la red.	12-01-2024	10:40:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se podrán cotizar monitores con esta capacidad según la tecnología con que cuente cada fabricante para la marca y modelo que se cotice	18-01-2024	12:19:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En este punto se solicita a la convocante aceptar mediciones en el rango de 0 a 300 PVCs/min o mayor.	12-01-2024	10:42:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los rangos solicitados son los mínimos requeridos, ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	18-01-2024	12:19:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En este punto se solicita que los canales de impedancia sean aceptados entre RA-LL, RA-LA. De este modo abrirán más la cantidad de oferentes para este llamado.	12-01-2024	10:46:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	18-01-2024	12:20:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para este punto se solicita a la convocante aceptar equipos que puedan medir en modo manual, automático, continuo y secuencial. De este modo se tendrá mas oferentes.	12-01-2024	10:48:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	18-01-2024	12:20:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

En este punto se solicita a la convocante modificar el punto de la siguiente manera: ""Posibilidad de mediciones en ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1-P2 y etiquetado de sitio de medición."" De esta manera se entenderá mejor y se tendrá mas oferentes a este llamado	12-01-2024	10:51:18
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor considerar que se precisan monitores para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	12:21:49
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En este punto se solicita a la convocante aceptar "el rango de medición De -30 a 300mmHg o rango más amplio, con exactitud de $\pm 4$ mmHg o $\pm 4\%$ o mejor."	12-01-2024	10:54:17
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Los rangos solicitados son los mínimos requeridos, se podrán cotizar equipos con mejores rangos.	18-01-2024	12:22:32
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Considerando que este tipo de equipos deben ser importados, y por la cantidad requerida, el plan de entregas es de cumplimiento imposible, razón por la cual se solicita la modificación de los plazos de entrega conforme a lo siguiente: Primera Orden de Compra: Entregar 16 monitores en un plazo de 20 días a partir de la recepción de la orden. Segunda Orden de Compra: El saldo deberá ser entregado en un plazo de 60 días contados a partir de la recepción de la orden de compra. De esta manera se permitirá que el fabricante provea en plazo considerando que no se trata de una cantidad menor, y se obtendrán mejores precios y mejores condiciones de contratación.	12-01-2024	13:10:28
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Las circunstancias actuales del rebrote de COVID-19, así como el aumento del Dengue nos obligan a contar en la brevedad posible con estos equipos. Favor ajustarse al PBC	18-01-2024	12:23:28
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
DONDE DICE: Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Favor aclarar si los repuestos y/o materiales deben ser proveídos únicamente por fallas relacionadas a defectos de fábrica, y no al desgaste natural de las piezas o uso inadecuado del equipo.	12-01-2024	13:10:50
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor ajustarse a los términos de la garantía, se aclara que corresponde a fallas relacionadas a defectos de fábrica.	18-01-2024	12:24:31
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
DONDE DICE: Item 4.7 Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente. Item 4.14 Posibilidad de medición de Gasto Cardíaco continuo por software no invasivo. FAVOR MODIFICAR A: Item 4.7 Despliegue de al menos 10 curvas fisiológicas simultáneamente. Item 4.14 Posibilidad de medición de Gasto Cardíaco continuo por software no invasivo o por impedancia cardíaca o por métodos invasivos. Esto, a fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permitan establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y mejores precios y condiciones de contratación, manteniendo altos estándares de calidad y prestaciones del producto.	12-01-2024	13:11:09
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	12:25:11
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
DONDE DICE: Item 5.6.4 Rango de medición de presión: De -30 a 320 mmHg o rango más amplio, con exactitud de $\pm 4$ mmHg o $\pm 4\%$ el valor que sea mayor. FAVOR MODIFICAR A: Item 5.6.4 Rango de medición de presión: De -30 a 300 mmHg o rango más amplio, con exactitud de $\pm 4$ mmHg o $\pm 4\%$ el valor que sea mayor. Esto, a fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permitan establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y mejores precios y condiciones de contratación, manteniendo altos estándares de calidad y prestaciones del producto	12-01-2024	13:11:29
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Los rangos solicitados son los mínimos requeridos, se podrán cotizar equipos con mejores rangos.	18-01-2024	12:25:54
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Considerando que este tipo de equipos deben ser importados, y por la cantidad requerida, el plan de entregas es de cumplimiento imposible, razón por la cual se solicita la modificación de los plazos de entrega conforme a lo siguiente: Primera Orden de Compra: Entregar 16 monitores en un plazo de 20 días a partir de la recepción de la orden. Segunda Orden de Compra: El saldo deberá ser entregado en un plazo de 60 días contados a partir de la recepción de la orden de compra. De esta manera se permitirá que el fabricante provea en plazo considerando que no se trata de una cantidad menor, y se obtendrán mejores precios y mejores condiciones de contratación.	12-01-2024	13:13:28
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Las circunstancias actuales del rebrote de COVID-19, así como el aumento del Dengue nos obligan a contar en la brevedad posible con estos equipos. Favor ajustarse a los requerimientos del PBC	18-01-2024	12:26:46

### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE DICE: Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Favor aclarar si los repuestos y/o materiales deben ser proveídos únicamente por fallas relacionadas a defectos de fábrica, y no al desgaste natural de las piezas o uso inadecuado del equipo.		12-01-2024	13:13:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a los términos de la garantía. Se aclara que corresponde a fallas relacionadas a defectos de fabrica		18-01-2024	12:27:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE DICE: Item 4.7 Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente. Item 4.14 Posibilidad de medición de Gasto Cardíaco continuo por software no invasivo. FAVOR MODIFICAR A: Item 4.7 Despliegue de al menos 10 curvas fisiológicas simultáneamente. Item 4.14 Posibilidad de medición de Gasto Cardíaco continuo por software no invasivo o por impedancia cardíaca o por métodos invasivos. Esto, a fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permitan establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y mejores precios y condiciones de contratación, manteniendo altos estándares de calidad y prestaciones del producto.		12-01-2024	13:14:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.		18-01-2024	12:28:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE DICE: Item 5.6.4 Rango de medición de presión: De -30 a 320 mmHg o rango más amplio, con exactitud de $\pm 4$ mmHg o $\pm 4\%$ el valor que sea mayor. FAVOR MODIFICAR A: Item 5.6.4 Rango de medición de presión: De -30 a 300 mmHg o rango más amplio, con exactitud de $\pm 4$ mmHg o $\pm 4\%$ el valor que sea mayor. Esto, a fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permitan establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y mejores precios y condiciones de contratación, manteniendo altos estándares de calidad y prestaciones del producto		12-01-2024	13:14:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Los rangos solicitados son los mínimos requeridos, se podrán cotizar equipos con mejores rangos		18-01-2024	12:29:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Página 09 del PBC dice Autorización del Fabricante: Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: Para el ítem 01.- Solicitamos a la Convocante requiera la presentación de la Autorización del Fabricante consularizada o apostillada; e inscripto en el registro público de comercio. A los efectos de garantizar la participación de empresas que puedan cumplir con las exigencias contractuales.		12-01-2024	15:01:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor notar que el punto Requisito documental para evaluar la capacidad técnica, se solicita: Autorización del fabricante Internacional para los oferentes que sean representantes y/o Distribuidores en la forma debida: Consularizado, Legalizado, y/o apostillado e inscripto en Registros Públicos		18-01-2024	12:31:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Pagina 22 del PBC dice: Certificado de registro sanitario, de conformidad a la Ley N° 4659/12. Solicitamos al Convocante exceptuar el pedido de certificado de registro sanitario.		12-01-2024	15:01:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a este requerimiento del Pliego de Bases y Condiciones		18-01-2024	13:47:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Página 32 del PBC dice: Plan de entrega de los bienes La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato donde el Oferente tendrá un plazo de hasta 3 (tres) días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. Teniendo en cuenta la cantidad de los equipos solicitados tienen que ser importados, solicitamos al convocante que la primera Orden de Compra sea emitida 30 (treinta) días corridos posteriores a la firma del contrato donde el Oferente tendrá un plazo de hasta 15 (quince) días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra.		12-01-2024	15:02:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las circunstancias actuales del rebrote de COVID-19, así como el aumento del Dengue nos obligan a contar en la brevedad posible con estos equipos. Favor ajustarse al PBC		18-01-2024	13:51:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Página 20 del PBC dice: Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva. Solicitamos al Convocante definir con exactitud, cuáles son los documentos que deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva.		12-01-2024	15:03:14



### Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En el PBC claramente se indica con (**) todos los documentos que se precisan estén vigentes al inicio de la etapa competitiva	18-01-2024	13:53:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 7.1 03 (tres) módulos de EEG de 8 canales por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos de ocho unidades una para casa canal Normalmente en la práctica clínica, 4 canales son suficientes, solicitamos a la convocante aceptar ECG con 4 canales, para permitir la participación de mas oferentes.	12-01-2024	16:19:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	14:03:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 5.6.4. Rango de medición de presión: De -30 a 320mmHg o rango más amplio, con exactitud de $\pm 4$ mmHg o $\pm 4\%$ el valor que sea mayor Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar rango de medición de presión de -50 a +300 mmHg , para permitir la participación de mas oferentes.	12-01-2024	16:58:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los rangos solicitados son los mínimos requeridos, se podrán cotizar equipos con mejores rangos.	18-01-2024	14:08:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega a por los menos 60 días, llevando en cuenta la cantidad de equipos solicitados y que las mismas son importadas.	12-01-2024	17:01:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las circunstancias actuales del rebrote de COVID-19, así como el aumento del Dengue nos obligan a contar en la brevedad posible con estos equipos. Favor ajustarse al PBC	18-01-2024	14:09:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado de Especificaciones Técnicas del ITEM 1 – Monitor multiparamétrico, donde dice: Punto 4.7 Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente, solicitamos se puedan cotizar monitores con despliegue de al menos 12 curvas fisiológicas, considerando que son más que suficientes para los parámetros solicitados	14-01-2024	09:06:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	14:11:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado de Especificaciones Técnicas del ITEM 1 – Monitor multiparamétrico, donde dice: Punto 5.5.6 Posibilidad de medición de presión arterial durante el inflado, esta especificación debe ser opcional, puesto que el inflado del manguito interfiere con la medición de la presión arterial	14-01-2024	09:06:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	14:12:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado de Especificaciones Técnicas del ITEM 1 – Monitor multiparamétrico, donde dice: Punto 5.2.7 Posibilidad de la utilización de sensores de SPO2 de Masimo y Nellcor, por favor aclarar cuál de las tecnologías requieren.	14-01-2024	09:06:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Además de la tecnología del fabricante, se precisan que cuenten con la posibilidad de poder utilizar sensores de SPO2 de Masimo y Nellcor.	18-01-2024	14:14:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado de Especificaciones Técnicas del ITEM 1 – Monitor multiparamétrico, donde dice: Punto 6.5.4 Rango de medición de presión: De -30 a 320mmHg o rango más amplio, con exactitud de $\pm 4$ mmHg o $\pm 4\%$ el valor que sea mayor, solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con rango de medición de -50 a 300 mmHg, que es un rango más que suficiente para esta medición y no restringe la participación de proveedores	14-01-2024	09:07:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los rangos solicitados son los mínimos requeridos, se podrán cotizar equipos con mejores rangos	18-01-2024	14:14:45
CONSULTA		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado de Especificaciones Técnicas del ITEM 1 – Monitor multiparamétrico, donde dice: Puntos 5.7 EEG, 5.7.1 Cantidad de canales 8 como mínimo y en el punto 7.1 03 (tres) módulos de EEG de 8 canales por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos de ocho unidades una para cada canal, hacemos notar que estas especificaciones son exclusivas de la marca de monitores Nihon Kohden, representada en Paraguay por la firma LCM S.A. Es bien sabido que otras marcas de reconocida trayectoria y amplia aceptación en el mercado cuentan con módulos de EEG de 4 canales. Estas especificaciones técnicas están dirigidas a esta marca en particular, lo cual contraviene totalmente con los Principios Rectores que rigen la Ley 7021/22 De Suministro y Contrataciones Públicas, en especial el de Igualdad y Libre Competencia, el de Imparcialidad, el de la Primacía del Interés General sobre el Particular y el de Probidad y Ética.	14-01-2024	09:08:08
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	14:15:54
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado donde dice La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato donde el Oferente tendrá un plazo de hasta 3 (tres) días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra, se entregarán los 16 monitores para el Distrital de Hernandarias. Los saldos de las cantidades adjudicadas serán emitidos dentro de los 45 días corridos posteriores a la primera entrega, donde el Oferente tendrá un plazo de hasta 5 (cinco) días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra Solicitamos a la convocante que este apartado quede redactado de la siguiente manera; La Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato donde el Oferente tendrá un plazo de hasta 75 (setenta y cinco) días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra, a fin de dar participación a potenciales oferentes y debido a la cantidad de monitores solicitados	14-01-2024	09:29:57
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las circunstancias actuales del rebrote de COVID-19, así como el aumento del Dengue nos obligan a contar en la brevedad posible con estos equipos. Favor ajustarse al PBC	18-01-2024	14:27:50
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante que admita equipos con pantalla táctil y con botones y/o perrillas para la configuración del mismo. Que permita al usuario elegir la forma de uso (táctil o botones con perrillas), de este modo a no violar los preceptos de libre competencia.	14-01-2024	21:58:25
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al PBC.	18-01-2024	14:28:31
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.14 Posibilidad de medición de gasto cardíaco continuo por software no invasivo Se solicita considerar opcional, considerando que está limitando la participación a una marca específica en el mercado	14-01-2024	22:01:45
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	14:29:22
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.7 Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas Se poder cotizar equipos con despliegue de al menos 7 curvas fisiológicas. Considerando los parametros solicitados.	14-01-2024	22:04:32
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para terapias intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	18-01-2024	14:30:43
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.1 Monitor modular Se solicita poder cotizar equipo modular o preconfigurado a fin de permitir la libre competencia	14-01-2024	22:09:22
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego. Es sabido que la tecnología del tipo modular es de mejor prestación que las del tipo preconfigurada.	18-01-2024	14:32:08
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se Entiende que la primera Orden corresponderá a los 16 monitores que deben ser entregados al Hospital Distrital de Hernandarias en un plazo de 3 días hábiles desde la recepción y las demás ordenes se irán emitiendo para los demás hospitales con plazo de 5 días hábiles para la entrega. Solicitamos ampliar el plazo de entrega de la primera orden a por los menos 45 días hábiles a fin de permitir la participación de varios oferentes	14-01-2024	22:17:43
<b>RESPUESTAS</b>		

### Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las circunstancias actuales del rebrote de COVID-19, así como el aumento del Dengue nos obligan a contar en la brevedad posible con estos equipos. Favor ajustarse a los requerimientos del PBC	18-01-2024	14:32:53
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.2.7 Posibilidad de la utilización de sensores de SPO2 de Masimo y Nellcor Solicitamos al Convocante permitir la utilización de sensores de SPO2 Masimo, Nellcor o de la misma marca ofertada, a modo de permitir la libre competencia.	14-01-2024	22:19:35
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y Condiciones.	18-01-2024	14:33:55
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.16 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica.. Solicitamos al Convocante definir, ya se debe proveer o no, el software para visualización remota	14-01-2024	22:21:10
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se podrán cotizar monitores con esta capacidad según la tecnología con que cuente cada fabricante para la marca y modelo que se cotice.	18-01-2024	14:34:58
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.12 Sistema de fijación de cada monitor En este punto se solicita a la convocante aclarar si necesita el soporte de pared por cada equipo o solo que el monitor tenga la opción de colocación de un soporte de pared.	14-01-2024	22:30:11
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se precisa de un soporte de pared para cada monitor.	18-01-2024	14:37:19
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7.1 03 (tres) módulos de EEG de 8 canales por la totalidad de equipos con tres juegos de electrodos de ocho unidades una para casa canal Favor aclarar a que lugar o lugares se deben entregar estos tres módulos	14-01-2024	22:32:08
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Todas deberán entregarse en el Hospital Regional de Ciudad Del Este	18-01-2024	14:38:08
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.7 Solicitamos a la convocante que el módulo EEG, se declare opcional, de manera a no limitar la participación de más oferentes.	14-01-2024	22:58:41
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Existe varias marcas que cuentan y cumplen con las especificaciones mínimas solicitadas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	14:39:29
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.7. Despliegue de al menos 15 curvas fisiológicas simultáneamente. Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar despliegue como mínimo 12 curvas.	15-01-2024	07:51:48
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar que se precisan monitores de altas prestaciones para Terapias Intensivas, por lo que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Ajustarse al Pliego de Base y condiciones.	18-01-2024	14:40:02

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80011068-4</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1508004703	Póliza	SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.	29-01-2024	29-01-2024	26-07-2024

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80011068-4</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
<b>Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>
1508008845	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	29-01-2024	29-01-2024	27-07-2024

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42181904-002	Monitor multiparametrico					54
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN CORPORATIO	BSM-3763	JAPON	Monitor multiparametrico	88.000.000	4.752.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	Biolight	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd.	Q7	CHINA	Monitor multiparametrico	149.599.150	8.078.354.100

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - Monitor multiparametrico				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.551.973.000	30-01-2024	08:26:34.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a60010a35e358ff20bcdb30f352b0fa7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.651.973.000	30-01-2024	08:25:23.762	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	826d3c249e7493e8c9945025e6056c99	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.751.973.000	30-01-2024	08:24:46.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07ef31ec5ec334b138b95c096c6179da	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.851.973.000	30-01-2024	08:24:13.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74bdc17d2dd2c5431439ec1adccb74e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.051.973.000	30-01-2024	08:23:22.374	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b81fa81602f013b3a1cf9a2f90dbf633	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.151.973.000	30-01-2024	08:22:45.285	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b59f85619444100da79d6e652fb874ae	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	4.158.000.000	30-01-2024	08:24:45.577	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07e9faecfd0c60dc3265386a9237adc5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.251.973.000	30-01-2024	08:22:36.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c485df0d10a182573d61b2e169aeb9	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	4.320.000.000	30-01-2024	08:23:58.941	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c277398982062f2b9b41f92c3fb2baf7	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	4.400.000.000	30-01-2024	08:22:20.531	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e94d215d1932ab629279f3589b380d6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.451.973.000	30-01-2024	08:22:28.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f05a29e999dc3e2e294a57c195c20e7	

### Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	4.551.973.000	30-01-2024	08:21:56.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93deedf68799bf68aa15a01fbd4db6c5	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	4.752.000.000	30-01-2024	08:00:34.233	Propuesta
		Código Verificador:	33bf4243206cb5e4578fe68ba588cef4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	8.078.354.100	30-01-2024	08:00:34.245	Propuesta
		Código Verificador:	6af5b44ddca2f9efbc892bc46262af2d	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Monitor multiparametrico	
Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	3.551.973.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	4.158.000.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.	
Item	Precio Ganador
1 - Monitor multiparametrico	3.551.973.000

### Listado de Mensajes

1 - Monitor multiparametrico		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	30-01-2024	08:11:33.423
Buenos días, comenzamos la Subasta.	30-01-2024	08:11:50.777
Señores bajen sus precios.	30-01-2024	08:14:58.646
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	30-01-2024	08:15:37.181
Atención pasamos a la etapa de puja.	30-01-2024	08:15:37.508
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	30-01-2024	08:15:40.979
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	30-01-2024	08:21:41.043
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	30-01-2024	08:27:08.080
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	30-01-2024	08:27:08.230

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.