MARCAR S.R.L.
INGENIERÍA

Departamento Técnico
Tel.: (021)3286850
E-mail: serviciotecnico@marcar.com.py
Mainumby esq. Tatare ex (Bejarano) - Zona Norte - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TÉCNICO

N° 0000482

FECHA: 07 / 11 / 23 HORA: ___:___

☐ Instalación ☐ Retiro de Equipo ☐ Servicio ☐ Demostración ☐ Recepción del equipo

Cliente: Facultad de Ciencias Médicas - UNA RUC: 80001180-5
Encargado del Área: Teléfono:
Dirección:

DATOS GENERALES

Equipo: Planta de Tratamiento de Agua para Hemodiálisis Marca:
Modelo: Serie:
Accesorios:
Problema indicado: Lote 8: Servicio de Asistencia Técnica Mensual para la Planta de Tratamiento de Agua para Hemodiálisis.- "Corresponde a la LCO N° 01/2023 - ID: 422064"

Trabajos realizados: Item 8.1: Mantenimiento preventivo con provision y cambio de filtro descartable. Item 8.2: Mantenimiento con provision y cambio de manto de carbon activado. Item 8.3: Desinfección mensual del sistema. Item 8.4: Mantenimiento del sistema de filtrado con provision y cambio de filtros. Item 8.5: Test de Cloro y calci Item 8.6: Verificación de presiones de funcionamiento. Item 8.7: Control de conductividad de agua producto. Item 8.8: Analisis microbiológico de agua producto. Item 8.9: Mantenimiento preventivo de filtro ablandador, consistente en la regeneración del mismo con provisión de salgresa. Item 8.10: Verificación de bombas hidraulicas Item 8.11: Mano de obra.-

Observaciones:

1. Responsable Técnico	2. Cliente
Firma:	Firma: MS. César Yegros Valle Dpto. de Electromedicina FCM - U.N.A.
Aclaración: Juan Hellman	Aclaración:

MARCAR S.R.L. INGENIERÍA

Trabajo Verificado por: Aclaración: Firma:

Este documento no es válido como comprobante de venta ni recibo de dinero.