Concepción, 17 de junio del 2021.

ADENDA Nº 01

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la Adenda Nº 01, con relación al llamado a Contratación Directa Nº 23/2021 "Adquisición de Equipos y Materiales de Laboratorio para la Facultad de Medicina de la U.N.C." - ID 393.642, conforme al Artículo 22 de la Ley 2051/03 y el Artículo 43 del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019.

Que a partir de la presente Adenda:

- **ANEXO C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS**

En cuanto a la **Descripción del Bien**, queda establecido de la siguiente manera:

- Ítem 03

Contador Hematológico Características: - Analizador hematológico completamente automático de "22 parámetros" - Capacidad de almacenamiento en la memoria de hasta 10.000 resultados con sus histogramas correspondientes - Parámetros: 1 - WBC (Recuento total de glóbulos blancos) 2 - LYM# (Número de linfocitos) 3 - MON# (Número de monocitos) 4 - NEU# (Número de neutrófilos) 5 - LYM% (Porcentaje de linfocitos) 6 - MON% (Porcentaje de monocitos) 7 - NEU% (Porcentaje de neutrófilos) 8 - HGB (Hemoglobina) 9 - RBC (Recuento total de glóbulos rojos) 10 - HCT (Hematocrito) 11 - MCV (Volumen corpuscular medio) 12 - RDW (Banda de distribución de células rojas) 13 - MCH (Hemoglobina corpuscular media) 14 - MCHC (Concentración de hemoglobina corpuscular media) 15 - PLT (Recuento total de plaquetas) 16 - MPV (Volumen plaquetario medio) 17 - PCT (Trombocrito – Platecrito) 18 - PDW (Banda de distribución de plaquetas) 19 - P-LCC (valores relativos) 20 - P-LCC (valores absolutos) 21 - P-LCR (valores relativos) 22 - P-LCR (valores absolutos) - Histogramas (curvas de distribución) de RBC; WBC y PLT - Control de calidad interno - Calibración automática con muestra de sangre calibrada - Calibración manual con coeficientes conocidos - Salida USB A + USB B - Pantalla táctil 800 x 480 pixels - Posibilidad de conectar un teclado - Volumen de muestra: 25 ul - Lectura directa de una muestra pre diluida 1:5 - Sistema de medición mediante pre dilución lo cual se usa en los siguientes casos: a) que los valores estén encima de los valores lineares b) en caso de tener muy poco volumen de muestra c) en caso de muestra con capilar - Sistema de mantenimiento rutinario automático - Lavado automático del capilar toma de muestra - Indicación en la pantalla de los errores de funcionamiento - Menú de ayuda instalado - Menú de estadísticas integrado - Lenguaje múltiple incluyendo el idioma Español - Capacidad de procesar 30 muestras x hora - Identificación de muestras por número o nombre de paciente - Sensor de nivel de reactivo - Impresora térmica embutida - Incluye: Posibilidad de conectar una impresora externa Conexiones: 4 x USB + Ethernet Conexión eléctrica : 200-240 V; 50/60 Cps. Temperatura de trabajo: 15 – 30°C Incluye el suministro: 1 Bidón x 20 Lts. Solución Diluyente 2 Frascos x 1 Lt. Solución Lisante 1 Frasco x 1 Lt. Solución de Lavado. GARANTIA: mínima de 12 meses.

Observación: El presente documento pasa a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones.

Universidad Nacional de Concepción – Rectorado – Dirección de U.O.C. – Concepción - Paraguay

.....

Mg. José Alcides Abente Marín

Director de U.O.C.

cmtde