LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 39/12
"Adquisición de Equipos de Fisioterapia y Rehabilitación para el I.P.S."

ADENDA Nº 2

Asunción, 29 de junio de 2012.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 39/12 "Adquisición de Equipos de Fisioterapia y Rehabilitación para el I.P.S."**, se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

Tope de Consultas: El 03/07/2012 a las 10:00 horas

Tope de Respuestas: El 06/07/2012 a las 14:15 horas.

Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios:
Fecha: **16/07/2012** desde las **08:00 hs.** hasta las **08:00 hs.** del día **17/07/2012.-**

Inicio de la etapa competitiva:
El día **17/07/2012** a partir de las 8:10 horas.

Asimismo informamos que,

La fecha de presentación de las documentaciones es: 19/07/2012 hasta las 10:45 hs.

La fecha de apertura de los sobres es: 19/07/2012 a las 11:00 hs.

Se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones

Sección III – Suministros Requeridos

Donde dice:

2. Plan de Entregas

La Entrega por ítem debe efectuarse en la Sección correspondiente del Dpto. de Electromedicina dentro de los 30 (TREINTA) días a partir del cobro del Anticipo correspondiente

Debe decir:

2. Plan de Entregas

La Entrega por ítem debe efectuarse en la Sección correspondiente del Dpto. de Electromedicina dentro de los 60 (sesenta) días a partir del cobro del Anticipo correspondiente

Sección VII – Anexos

Donde dice:

11. Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado donde conste la fecha de fabricación.

Debe decir:

11. Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado donde conste la fecha de fabricación o a su efecto Declaración Jurada del Oferente, el cual garantice que los equipos son nuevos y no remanufacturados; y para la firma del contrato la Constancia de fabricación con la antigüedad solicitada en el P.B.C.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestion de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. E. Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Sección III – Suministros Requeridos

Donde dice:
1.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT.
Debe decir:
1.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT o al menos una de ellas.

Donde dice:
5.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE.
Debe decir:
5.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE o al menos una de ellas.

Donde dice:
6.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT.
Debe decir:
6.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT o al menos una de ellas.

Donde dice:
7.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE.
Debe decir:
7.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE o al menos una de ellas.

Donde dice:
11.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE.
Debe decir:
11.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE o al menos una de ellas.

Donde dice:
12.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT.
Debe decir:
12.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT o al menos una de ellas.

Donde dice:
14.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT.
Debe decir:
14.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT o al menos una de ellas.

Donde dice:
15.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT.
Debe decir:
15.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT o al menos una de ellas

Donde dice:
17.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT, ISO.
Debe decir:
17.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT, ISO o al menos una de ellas.

Donde dice:
18.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT.
Debe decir:
18.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT o al menos una de ellas

Donde dice:
19.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT.
Debe decir:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

19.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT o al menos una de ellas.

Donde dice:
20.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT.
Debe decir:
20.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT o al menos una de ellas

Donde dice:
21.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT.
Debe decir:
21.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT o al menos una de ellas

Donde dice:
22.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT, ISO.
Debe decir:
22.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT o al menos una de ellas

Donde dice:
24.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT.
Debe decir:
24.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT o al menos una de ellas
Donde dice:
25.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE.
Debe decir:
25.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT o al menos una de ellas

Donde dice:
26.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE
Debe decir:
26.1.5 Normas de calidad: JIS, FDA, CE, ANVISA, ANMAT o al menos una de ellas

Donde dice:
5.2.5 Al menos 300 protocolos de tratamientos pre-programados.
Debe decir:
5.2.5 Al menos 150 protocolos de tratamientos pre-programados o mayor.

Donde dice:
5.2.8 Posibilidad de conexión a la impresora.
Debe decir:
5.2.8 Posibilidad de conexión a la impresora a través de PC.

Donde dice:
5.3.1.5 Memoria automática de al menos las ultimas 20 terapias realizadas.
Debe decir:
5.3.1.5 Memoria automática de al menos las ultimas 20 terapias realizadas o posibilidad de almacenamiento en memoria externa.

Donde dice:
5.3.1.7 Polaridad de los electrodos reversibles.
Debe decir:
5.3.1.7 Polaridad de los electrodos reversibles o fijos.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Donde dice:
5.3.2.3 Trabert, Ultra-Reiz 2 - 5
Debe decir:
5.3.2.3 Trabert, Ultra-Reiz 2 - 5 o al menos una de ellas.

Donde dice:
5.3.2.4 Faradica, neofaradica.
Debe decir:
5.3.2.4 Faradica, neofaradica o al menos una de ellas.

Donde dice:
5.3.2.5 Estimulación Rusa Frecuencia de carga: 2500 - 10.000 Hz ; Freqcuencia de los pulsos: 40 - 150 Hz ; Reporte pulso/pausa : 1/1 - 1/8;.
Debe decir:
5.3.2.5 Estimulación Rusa, con variación de pulsos.

Donde dice:
5.3.2.10 TENS simétrico , asimétrico , alternativo Pulsátil : 10 - 400 µs Pausa : 0.15 - 2500 ms (en función del tipo de pulso , frecuencia , duración del pulso) Frecuencia: simétrico y asimétrico : 0.4 - 1000 Hz ; alternativo : 0.2 - 1000 Hz
Debe decir
5.3.2.10 Tens simétrico, asimétrico y alternativo pulsátil.

Donde dice:
5.3.2.11 Interferencia de 2 polos Frecuencia de carga : 3600 - 10.000 Hz ;AMF: 0 - 200 Hz ; Spectrum: 0 -200 Hz
Debe decir:
5.3.2.11 Interferencia de 2 polos.

Donde dice:
5.3.2.12 Interferencia de 4 polos Frecuencia de carga : 3600 - 10.000 Hz ;AMF: 0 - 200 Hz ; Spectrum: 0 -200 Hz
Debe decir:
5.3.2.12 Interferencia de 4 polos.

Donde dice:
5.3.2.13 Campo isoplanar Frecuencia de carga : 3600 - 10.000 Hz ;AMF: 0 - 200 Hz ; Spectrum: 0 -200 Hz ; Rotación del campo : 0.5 - 70 s
5.3.2.13 Campo isoplanar.

Donde dice:
5.3.2.14 Vector bipolar
Debe decir:
5.3.2.14 Vector bipolar o Interferencial vectorial.

Donde dice:
5.3.2.15 Impulsos interrumpidos.
Debe decir:
5.3.2.15 Impulsos interrumpidos o galvánica interrumpida.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Donde dice:
5.3.2.16 Corriente Leduc
Debe decir:
5.3.2.16 Con o sin Corriente Leduc

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestion de Ofertas
D.G.B.S.

Donde dice:
5.3.2.20 Corriente tetanizante
Debe decir:
5.3.2.20 Con o sin Corriente tetanizante.

Donde dice:
5.3.2.22 Onda sinusoidal
Debe decir:
5.3.2.22 Con o sin Onda sinusoidal

Donde dice:
5.3.2.23 Onda trapezoidal
Debe decir:
5.3.2.23 Con o sin Onda trapezoidal

Donde dice:
5.3.3.2 Localización de puntos motores
Debe decir:
5.3.3.2 Con o sin Localización de puntos motores

Donde dice:
5.3.3.4 Medición del coeficiente de acomodación.
Debe decir:
5.3.3.4 Con o sin Medición del coeficiente de acomodación.

Donde dice:
5.3.4.5 Un (1) electrodo esferico de 6mm.
Debe decir:
5.3.4.5 Con o sin Un (1) electrodo esferico de 6mm.

Donde dice:
5.4.2.3 Forma de trabajo pulsatil entre 10 - 150 Hz , ajustable en al menos 10 etapas
Debe decir:
5.4.2.3 Forma de trabajo pulsatil entre 10 HZ o menos a 100 Hz o mas , ajustable en al menos 8 etapas.

Donde dice:
5.4.2.4 Selección del factor de tarea en el intervalo 6 % o menor a 100%
Debe decir:
5.4.2.4 Con o sin Selección del factor de tarea en el intervalo 6 % o menor a 100%

Donde dice:
5.5.2.1 Campo magnético focalizado (FMF).
Debe decir:
5.5.2.1 Con o sin Campo magnético focalizado (FMF).

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Donde dice:
5.5.2.2Campo magnético pulsado (PMF), rectangular, triangular, sinusoidal, exponencial, continuo.
Debe decir
5.5.2.2 Con o sin Campo magnético pulsado (PMF), rectangular, triangular, sinusoidal, exponencial, continuo.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestion de Ofertas
D.G.B.S.

Donde dice:
5.5.2.3 Campo magnetico pulsado y estatico con report ajustable(terapias para afeciones agudas y anti-inflamatorias).
Debe decir:
5.5.2.3 Con o sin Campo magnetico pulsado y estatico con report ajustable(terapias para afeciones agudas y anti-inflamatorias).

Donde dice:
5.5.2.4 Modulacion de los pulsos: oscilacion sinusoidal, oscilacion trapezoidal,oscilacion simetrica.
Debe decir
5.5.2.4 Con o sin Modulacion de los pulsos: oscilacion sinusoidal, oscilacion trapezoidal,oscilacion simetrica.

Donde dice:
5.5.2.5 Campo magnetico focalizado.
Debe decir:
5.5.2.5 Con o sin Campo magnetico focalizado

Donde dice:
5.5.2.6 Frecuencia de los impulsos entre 0 - 160 Hz o mayor.
Debe decir:
5.5.2.6 Con o sin Frecuencia de los impulsos entre 0 - 160 Hz o mayor.

Donde dice:
5.5.3.1 Un (1) Aplicador solenoide pequeño 30 cm para miembros Intensidad Campo Magnético permanente : 9.3 mT = 93 Gauss
Debe decir:
5.5.3.1 Al menos dos (02) Aplicadores solenoide pequeño 30 cm para miembros.

Donde dice:
5.5.3.2 Un (1) Aplicador cervical Intensidad Campo Magnético permanente : 9.3 mT = 93 Gauss
Debe decir:
5.5.3.2 Al menos dos (02) Aplicadores cervicales.

Donde dice:
5.5.3.4 Un (1) Aplicador local tipo disco Intensidad Campo Magnético permanente : 23mT = 230 Gauss
Debe decir:
5.5.3.4 Dos (02) pares de aplicadores locales tipo disco.

Donde dice:
5.5.3.3 Un (1) Aplicador lineal Intensidad Campo Magnético
Debe decir:
5.5.3.3 Con o sin Un (1) Aplicador lineal Intensidad Campo Magnético

Donde dice
5.5.3.5 Un (1) Aplicador disco doble Intensidad Campo Magnético permanente : 23mT = 230 Gauss
Debe decir:
5.5.3.5 Con o sin Un (1) Aplicador disco doble Intensidad

Donde dice
5.5.3.6 Un (1) Aplicador multi disco Intensidad Campo Magnético permanente : 23mT = 230 Gauss
Debe decir:
5.5.3.6 Con o sin Un (1) Aplicador multi disco Intensidad.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Seccion Gestion de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S

Donde dice:
11.2.5 Al menos 300 protocolos de tratamientos pre-programados.
Debe decir:
11.2.5 Al menos 150 protocolos de tratamientos pre-programados o mayor.

Donde dice:
11.2.8 Posibilidad de conexión a la impresora.
Debe decir:
11.2.8 Posibilidad de conexión a la impresora a través de PC.

Donde dice:
11.3.1.5 Memoria automática de al menos las ultimas 20 terapias realizadas.
Debe decir:
11.3.1.5 Memoria automática de al menos las ultimas 20 terapias realizadas o posibilidad de almacenamiento en memoria externa.

Donde dice:
11.3.1.7 Polaridad de los electrodos reversibles.
Debe decir:
11.3.1.7 Polaridad de los electrodos reversibles o fijos.

Donde dice:
11.3.2.3 Trabert, Ultra-Reiz 2 - 5
Debe decir:
11.3.2.3 Trabert, Ultra-Reiz 2 - 5 o al menos una de ellas.

Donde dice:
11.3.2.4 Faradica, neofaradica.
Debe decir:
11.3.2.4 Faradica, neofaradica o al menos una de ellas.

Donde dice:
11.3.2.5 Estimulación Rusa Frecuencia de carga: 2500 - 10.000 Hz ; Freqcuencia de los pulsos: 40 - 150 Hz ; Reporte pulso/pausa : 1/1 - 1/8;.
Debe decir:
11.3.2.5 Estimulación Rusa, con variación de pulsos.

Donde dice:
11.3.2.10 TENS simétrico , asimétrico , alternativo Pulsátil : 10 - 400 µs Pausa : 0.15 - 2500 ms (en función del tipo de pulso , frecuencia , duración del pulso) Frecuencia: simétrico y asimétrico : 0.4 - 1000 Hz ; alternativo : 0.2 - 1000 Hz
Debe decir
11.3.2.10 Tens simétrico, asimétrico y alternativo pulsátil.

Donde dice:
11.3.2.11 Interferencia de 2 polos Frecuencia de carga : 3600 - 10.000 Hz ;AMF: 0 - 200 Hz ; Spectrum: 0 -200 Hz
Debe decir:
11.3.2.11 Interferencia de 2 polos.

Donde dice:
11.3.2.12 Interferencia de 4 polos Frecuencia de carga : 3600 - 10.000 Hz ;AMF: 0 - 200 Hz ; Spectrum: 0 -200 Hz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Debe decir:
11.3.2.12 Interferencia de 4 polos.

Donde dice:
11.3.2.13 Campo isoplanar Frecuencia de carga : 3600 - 10.000 Hz ;AMF: 0 - 200 Hz ; Spectrum: 0 - 200 Hz ; Rotación del campo : 0.5 - 70 s
11.3.2.13 Campo isoplanar.

Donde dice:
11.3.2.14 Vector bipolar
Debe decir:
11.3.2.14 Vector bipolar o Interferencial vectorial.

Donde dice:
11.3.2.15 Impulsos interrumpidos.
Debe decir:
1.3.2.15 Impulsos interrumpidos o galvánica interrumpida.

Donde dice:
11.3.2.16 Corriente Leduc
Debe decir:
11.3.2.16 Con o sin Corriente Leduc

Donde dice:
11.3.2.20 Corriente tetanizante
Debe decir:
11.3.2.20 Con o sin Corriente tetanizante.

Donde dice:
11.3.2.22 Onda sinusoidal
Debe decir:
11.3.2.22 Con o sin Onda sinusoidal

Donde dice:
11.3.2.23 Onda trapezoidal
Debe decir:
11.3.2.23 Con o sin Onda trapezoidal

Donde dice:
11.3.3.2 Localización de puntos motores
Debe decir:
11.3.3.2 Con o sin Localización de puntos motores

Donde dice:
11.3.3.4 Medición del coeficiente de acomodación.
Debe decir:
11.3.3.4 Con o sin Medición del coeficiente de acomodación

Donde dice:
11.3.4.5 Un (1) electrodo esferico de 6mm.
Debe decir:
11.3.4.5 Con o sin Un (1) electrodo esferico de 6mm.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilc. Lazera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Donde dice:
11.4.2.3 Forma de trabajo pulsatil entre 10 - 150 Hz , ajustable en al menos 10 etapas
Debe decir:
11.4.2.3 Forma de trabajo pulsatil entre 10 HZ o menos a 100 Hz o mas , ajustable en al menos 8 etapas.

Donde dice:
11.4.2.4 Selección del factor de tarea en el intervalo 6 % o menor a 100%
Debe decir:
11.4.2.4 Con o sin Selección del factor de tarea en el intervalo 6 % o menor a 100%

Donde dice:
11.5.2.1 Campo magnético focalizado (FMF).
Debe decir:
11.5.2.1 Con o sin Campo magnético focalizado (FMF).

Donde dice:
11.5.2.2Campo magnético pulsado (PMF), rectangular, triangular, sinusoidal, exponencial, continuo.
Debe decir
11.5.2.2 Con o sin Campo magnético pulsado (PMF), rectangular, triangular, sinusoidal, exponencial, continuo.

Donde dice:
11.5.2.3 Campo magnetico pulsado y estatico con report ajustable(terapias para afeciones agudas y anti-inflamatorias).
Debe decir:
11.5.2.3 Con o sin Campo magnetico pulsado y estatico con report ajustable(terapias para afeciones agudas y anti-inflamatorias).

Donde dice:
11.5.2.4 Modulacion de los pulsos: oscilacion sinusoidal, oscilacion trapezoidal,oscilacion simetrica.
Debe decir
11.5.2.4 Con o sin Modulacion de los pulsos: oscilacion sinusoidal, oscilacion trapezoidal,oscilacion simetrica.

Donde dice:
11.5.2.5 Campo magnetico focalizado.
Debe decir:
11.5.2.5 Con o sin Campo magnetico focalizado

Donde dice:
11.5.2.6 Frecuencia de los impulsos entre 0 - 160 Hz o mayor.
Debe decir:
11.5.2.6 Con o sin Frecuencia de los impulsos entre 0 - 160 Hz o mayor.

Donde dice:
11.5.3.1 Un (1) Aplicador solenoide pequeño 30 cm para miembros Intensidad Campo Magnético permanente : 9.3 mT = 93 Gauss
Debe decir:
11.5.3.1 Al menos dos (02) Aplicadores solenoide pequeño 30 cm para miembros.

Donde dice:
11.5.3.2 Un (1) Aplicador cervical Intensidad Campo Magnético permanente : 9.3 mT = 93 Gauss
Debe decir:
11.5.3.2 Al menos dos (02) Aplicadores cervicales.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ic. Emilce Rivera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Donde dice:
11.5.3.4 Un (1) Aplicador local tipo disco Intensidad Campo Magnético permanente : 23mT = 230 Gauss
Debe decir:
11.5.3.4 Dos (02) pares de aplicadores locales tipo disco.

Donde dice:
11.5.3.3 Un (1) Aplicador lineal Intensidad Campo Magnético
Debe decir:
11.5.3.3 Con o sin Un (1) Aplicador lineal Intensidad Campo Magnético
Donde dice:
11.5.3.5 Un (1) Aplicador disco doble Intensidad Campo Magnético permanente : 23mT = 230 Gauss
Debe decir:
11.5.3.5 Con o sin Un (1) Aplicador disco doble Intensidad
Donde dice
11.5.3.6 Un (1) Aplicador multi disco Intensidad Campo Magnético permanente : 23mT = 230 Gauss
Debe decir:
11.5.3.6 Con o sin Un (1) Aplicador multi disco Intensidad

Donde dice:
Equipo de ondas cortas en modo continuo y pulsado, con pantalla táctil y programas definidos para tratamientos
Debe decir:
Equipo Combinado de Ondas de choque con Ultrasonido, Láser y Magnetoterapia, o conjunto de: ondas choque, ultrasonido, Láser y magnetoterapia.

Donde dice:
20.2.8 Cabezal de emisión SWT para acupunctura, diámetro 6 mm
Debe decir:
20.2.8 Cabezal de emisión SWT para acupunctura, diámetro 6 a 10 mm

Donde dice:
Guia o esquema de aplicacion de la terapia en el cuerpo
Debe decir:
20.2.13.2 Guía o esquema de selección de los parámetros y/o aplicación de la terapia en el cuerpo.

Donde dice:
20.4.2.3 Forma de trabajo pulsátil entre 10 - 150 Hz , ajustable en al menos 10 etapas
Debe decir:
20.4.2.3 Forma de trabajo pulsátil entre 10 HZ o menos a 100 Hz o mas , ajustable en al menos 8 etapas.

Donde dice:
20.4.2.4 Selección del factor de tarea en el intervalo 6 % o menor a 100%
Debe decir:
20.4.2.4 Con o sin Selección del factor de tarea en el intervalo 6 % o menor a 100%

Donde dice:
20.4.2.8 Longitud de onda de 685nm y 830 nm
Debe decir:
20.4.2.8 Longitud de onda de 810nm o menor y 830 nm o mayor

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovern S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Donde dice:
20.4.2.11 Posibilidad de localizar los puntos de acupuntura, con señales acústicos
Debe decir:
20.4.2.11 Con o sin Posibilidad de localizar los puntos de acupuntura, con señales acústicos

Donde dice:
20.4.2.12 Factor de tara ajustable en el intervalo 10 - 90%, con un paso 10%
Debe decir:
20.4.2.12 Con o sin Factor de tara ajustable en el intervalo 10 - 90%, con un paso 10%

Donde dice:
20.5.2.1 Campo magnético focalizado (FMF).
Debe decir:
20.5.2.1 Con o sin Campo magnético focalizado (FMF).

Donde dice:
20.5.2.2Campo magnético pulsado (PMF), rectangular, triangular, sinusoidal, exponencial, continuo.
Debe decir
20.5.2.2 Con o sin Campo magnético pulsado (PMF), rectangular, triangular, sinusoidal, exponencial, continuo.

Donde dice:
20.5.2.3 Campo magnetico pulsado y estatico con report ajustable(terapias para afeciones agudas y anti-inflamatorias).
Debe decir:
20.5.2.3 Con o sin Campo magnetico pulsado y estatico con report ajustable(terapias para afeciones agudas y anti-inflamatorias).

Donde dice:
20.5.2.4 Modulacion de los pulsos: oscilacion sinusoidal, oscilacion trapezoidal,oscilacion simetrica.
Debe decir
20.5.2.4 Con o sin Modulacion de los pulsos: oscilacion sinusoidal, oscilacion trapezoidal,oscilacion simetrica.

Donde dice:
20.5.2.5 Campo magnetico focalizado.
Debe decir:
20.5.2.5 Con o sin Campo magnetico focalizado

Donde dice:
20.5.2.6 Frecuencia de los impulsos entre 0 - 160 Hz o mayor.
Debe decir:
20.5.2.6 Con o sin Frecuencia de los impulsos entre 0 - 160 Hz o mayor.

Donde dice:
20.5.3.1 Un (1) Aplicador solenoide pequeño 30 cm para miembros Intensidad Campo Magnético permanente : 9.3 mT = 93 Gauss
Debe decir:
20.5.3.1 Al menos dos (02) Aplicadores solenoide pequeño 30 cm para miembros.

Donde dice:
20.5.3.2 Un (1) Aplicador cervical Intensidad Campo Magnético permanente : 9.3 mT = 93 Gauss
Debe decir:
20.5.3.2 Al menos dos (02) Aplicadores cervicales.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lidera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Donde dice:
20.5.3.4 Un (1) Aplicador local tipo disco Intensidad Campo Magnético permanente : 23mT = 230 Gauss
Debe decir:
20.5.3.4 Dos (02) pares de aplicadores locales tipo disco.

Donde dice:
20.5.3.3 Un (1) Aplicador lineal Intensidad Campo Magnético
Debe decir:
20.5.3.3 Con o sin Un (1) Aplicador lineal Intensidad Campo Magnético

Donde dice:
20.5.3.5 Un (1) Aplicador disco doble Intensidad Campo Magnético permanente : 23mT = 230 Gauss
Debe decir:
20.5.3.5 Con o sin Un (1) Aplicador disco doble Intensidad

Donde dice
20.5.3.6 Un (1) Aplicador multi disco Intensidad Campo Magnético permanente : 23mT = 230 Gauss
Debe decir:
20.5.3.6 Con o sin Un (1) Aplicador multi disco Intensidad

Donde dice:
1.2.9 Tabla de pies abatible con una inclinación de entre -5° o menor a -25° o mayor
Debe decir:
1.2.9 Tabla de pies fija en ángulo recto y removible de la camilla.

Donde dice:
4.2.4 Estructura de metal acerado con terminación en pintura electrostática, epóxida o metalizada por galvanoplastia
Debe decir:
4.2.4 Estructura de metal acerado con terminación en pintura electrostática, epóxida o metalizada por galvanoplastia o madera con tratamiento en barniz.

Donde dice:
6.2.3 Sobre base metálica rodante con frenos
Debe decir:
6.2.3 Sobre base metálica o ABS inyectado de alto impacto, rodante con frenos.

Donde dice:
7.2.8.7 Potencia máxima de consumo: 700 W.
Debe decir:
7.2.8.7 Potencia máxima de consumo: 700 W o mayor.

Donde dice:
7.2.8.15 Capacidad de almacenamiento para al menos 80 tratamientos establecidos por el usuario
Debe decir:
7.2.8.15 Con o sin Capacidad de almacenamiento para al menos 80 tratamientos establecidos por el usuario.

Donde dice:
8.2.6.3 Cantidad de barras a proveer: 700 barras de 1 kg.
Debe decir:
8.2.6.3 Cantidad de barras a proveer: 140 barras de 1 kg por el total de equipos a adquirir.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Donde dice:
10.2.1 Tabla de equilibrio (semiesfera) metálico con material antideslizante en la parte superior en inferior, fácil de transportar.
Debe decir:
10.2.1 Tabla de equilibrio (semiesfera) metálico o madera, con material antideslizante en la parte superior, fácil de transportar.

Donde dice:
12.2.5 Altura de 70 cm. o mas (sin las ruedas), 60 cm. de largo o mas, 40 cm de ancho o más.
Debe decir:
12.2.5 Altura de 50 cm. o mas (sin las ruedas), 40 cm. de largo o mas, 30 cm de ancho o más.

Donde dice:
15.2.1 Cuba con calentador y control de temperatura integrada.
Debe decir:
15.2.1 Cuba con calentador y control de temperatura integrada o removible.

Donde dice:
21.2.5Ajustable con cinta magnética
Debe decir:
21.2.5 Ajustable con cierre magnético.
Se aclara que velcro es una marca.

Donde dice:
23.2.1 Paquete con tres unidades de distintas medidas: 30 cm , 45 cm, 55cm de diametro (+/- 5%)
Debe decir:
23.2.1 Paquete con tres unidades de distintas medidas: 30 cm, 40 cm, 55 cm de diametro (+/- 5%)

Donde dice :
24.2.3 Resistente a humedad y a la acción de sustancias desinfectantes agresivas (Hipoclorito de sodio).
Debe decir :
24.2.3 Resistente a la acción de la humedad y de uso robusto

Donde dice:
7.2.8.3 Frecuencia de los pulsos ajustables entre 50 y 1500Hz
Debe decir:
7.2.8.3 Frecuencia de los pulsos ajustables entre 50 o menos y 800Hz o mayor.

Donde dice:
Modo de trabajo stand-by: aprox. 100 W
Debe decir:
7.2.8.8 Modo de trabajo stand-by: aprox. 100 W ± 20%.-

Donde dice:
7.2.8.9 Potencia máxima de salida en modo pulsátil 400W
Debe decir:
7.2.8.9 Potencia máxima de salida en modo pulsátil 400W o mayor

Donde dice:
7.2.8.10 Potencia máxima de salida en modo continuo 200W
Debe decir:
7.2.8.10 Potencia máxima de salida en modo continuo 200W o mayor

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Donde dice:
7.2.8.14 Al menos 50 programas para afecciones preetablecidas
Debe decir:
7.2.8.14 Con o sin programas para afecciones preestablecidas

Donde dice:
7.2.8.16 Longitud del pulso: 50 - 2000 ms
Debe decir:
7.2.8.16 Longitud del pulso 50 µs o menor a 400 µs o mayor.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.