*Asunción, 14 de octubre de 2014.-*

*Señores*
***Participantes de la Licitación Pública Nacional Nº 15/2014***
***"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO, HEMOCENTRO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS" – ID Nº 274.004.***
*Presente*

*La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica las Aclaraciones Nº 1.*

***Consulta N° 1:***
*El PBC establece que el tiempo de respuesta del servicio técnico del proveedor no debe exceder de 40 minutos contabilizados a partir de que recibe la llamada a una línea baja. Se solicita que este tiempo sea de por lo menos 80 a 90 minutos debido a la dificultad que existe actualmente para la circulación vehicular en la ciudad, considerando que el Hospital de Clínicas se encuentra en San Lorenzo y las avenidas de acceso a nosocomio, se encuentran generalmente congestionadas.*
***Respuesta***
*Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, la necesidad del tiempo de respuesta del servicio técnico del proveedor es necesaria en un corto plazo debido a que un mayor tiempo recaería en el paciente que acude al Hospital de Clínicas, bajando la calidad en la atención que se brinda a los mismos.*

***Consulta N° 2:***
*Se solicita que el oferente que oferte equipos en comodato para el Lote Nº 140 debe incluir dos (2) equipos automáticos para la coloración de gram. Favor aclarar si el Lote Nº 142, consistente de reactivos para la coloración de gram, corresponde a lo solicitado en el Lote Nº 140.*
***Respuesta***
*En las especificaciones técnicas se aclara que es para equipo automatizado el Lote Nº 142, mas no así el Lote Nº 140 que es de las tarjetas de identificación.*

***Consulta N° 3:***
*En el Lote Nº 115 se solicita reactivos para la determinación de toxinas A y B Clostridium Difficile. En cuanto a este lote se solicita aclarar si se puede ofertar con el mismo equipamiento en comodato del Lote Nº 162.*
***Respuesta***



Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

*Se solicita un equipo en comodato para el Lote Nº 162, en el Lote Nº 115 remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en la Lista de Precios.*

***Consulta N° 4:***

*El PBC establece que se deben entregar muestras de lo ofertado en un plazo no mayor a 24 horas del acto de apertura de ofertas. Se solicita que en el caso de los reactivos, cuya conservación es en condiciones especiales, como la mantención de la cadena de frio, humedad etc sean solicitados bajo demanda por la comisión evaluadora en caso de existir dudas respecto a lo ofertado.*

***Respuesta***

*En el IAO 33 dice textualmente "Se solicitará Muestras SI, según necesidad del Comité de Evaluación vía nota a los oferentes, la presentación de las muestras deberá realizarse hasta 24 horas contadas a partir de la fecha y hora de la nota enviada. Las muestras presentadas deberán coincidir con la oferta escrita, no se considerarán válidos muestras que no coincidan con la oferta y deben ser frascos, cajas, paquete, sobres, potes etc. originales de fábrica. No se aceptarán muestras fraccionadas" por lo tanto remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.*

***Consulta N° 5:***

*En varios ítems de inmuno hematología solicitan aglutinación en columna en gel, nuestra tecnología se basa en aglutinación en columna pero utiliza perlas de vidrio y no gel como su fase solida, esta tecnología es utilizada hace muchos años demostrando un desempeño similar o mejor a las columnas en Gel. Quisiéramos saber si podemos ofertar columnas con perlas de vidrio. (Ejemplo lote 212 ítem 2)*

***Respuesta***

*Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Lista de Precios.*

***Consulta N° 6:***

*En el lote 141 ítem 1 dice:*

*"La empresa adjudicada debe proveer e instalar un sistema informatizado de gestión de laboratorio acoplándose al ya existente. Ver especificaciones técnicas del sistema de gestión del laboratorio."*

*"2.4. SOFTWARE Y HARDWARE DE GESTION DE LABORATORIO: La licitación de los reactivos para las aéreas de química clínica e inmunología así coma hematológica se realizara como un solo late, por lo que la empresa adjudicada de la total/dad de los análisis de dichas aéreas, además de proveer equipos y reactivos de la misma marca, debe proveer e instalar un sistema informatizado (Hardware y Software) de gestión de laboratorio, que abarque la fase pre-analítica, analítica y post-analítica. Las empresas adjudicadas en las otras aéreas del Laboratorio se deben acoplar at sistema de gestión instalado y pagar por la licencia a la empresa ganadora de las áreas de química clínica e*



Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

*inmunología. El sistema informatizado de gestión del laboratorio debe tener las siguientes características:"*
*Favor aclarar si se debe conectar los equipos al sistema informático del laboratorio o se debe colocar un sistema aparte que debe estar conectado al del laboratorio. En caso de que se deba conectar al del laboratorio, se debe establecer un monto de conexi6n y la obligatoriedad por parte de la empresa que provee el software de laboratorio de permitir que las otras empresas puedan conectarse al sistema.*
*En este punto se pide aclaratoria ya que en licitaciones pasadas hubo inconvenientes entre las empresas proveedoras, que pidieron sumas siderales para permitir la conexión a su sistema y en algunas ocasiones estos montos alcanzaban el 50% de lo adjudicado, por lo que se debe tener en cuenta para los costos reales de los ítems.*

***Respuesta***

*Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, tal como lo indican las especificaciones técnicas la empresa adjudicada de la total/dad de los análisis de dichas aéreas, además de proveer equipos y reactivos de la misma marca, debe proveer e instalar un sistema informatizado (Hardware y Software) de gestión de laboratorio.*

***Consulta N° 7:***

*Referente las Especificaciones Técnicas para Banco de Sangre - Medicina Transfusional, equipamientos en comodato para Inmunohematologia*
*1-De acuerdo a las caracteristicas solicitadas en el punto 3: Interfase con el software de gestión del Hemocentro:*
*Se podría especificar la denominación del software y su versión?*
*2-La solicitud de dos equipos, es para el procesamiento en simultaneo de muestras de pacientes y donantes?*
*3-En caso de ofertar las determinaciones para el procesamiento en un equipo que Pueda realizar más 200 test/hora, se podría aceptar uno solo? Incluyendo otros "semiautomatizados" para asegurar la continuidad de las pruebas, según necesidad, conforme a la técnica ofertada.*

***Respuesta***

*1 - Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Lista de Precios.*
*2 - Se usara para el procesamiento simultáneo de pacientes y donantes.*
*3 - Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Lista de Precios.*

***Consulta N° 8:***

*Ítem 212. "Kits Identificación de Anticuerpos Pesquisa": Favor aclarar si se refiere a solo la Pesquisa de Anticuerpos.*

***Respuesta***

*Lote Nº 212 ítem 2: en las especificaciones técnicas la palabra "prueba" = a pesquisas por lo tanto, ese ítem se refiere a la pesquisa de activos irregulares.*



Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

*Lote Nº 212 ítem 4: las especificaciones técnicas aclara "identificación".*

***Consulta N° 9:***

*Lote 16 — ítem 1*
*Favor aclarar si se puede ofertar tubos de 0,8 ml con tapa de plástico integrado.*
*Lote23 — ítem 1.*
*Favor aclarar si el tubo puede ser de vidrio o Si puede ser de plástico.*
*Lote 25 — ítem 1.*
*Favor aclarar si se puede ofertar tubos de 2,5 ml c/ EDTA*
*Lote 28 — ítem 1.*
*Favor aclarar si se puede ofertar tubos de 2,5 ml c/ EDTA*
*Lote 35- ítem 1.*
*Favor aclarar si se puede ofertar kit de 100 determinaciones.*
*Lote 42 — Ítem 1.*
*Favor aclarar si se puede ofertar lamina por 8 pocillos.*
*Lote 45 — ítem 1*
*Favor aclarar si se puede ofertar kits de 100 determinaciones.*
*Lote 148 — ítem 1*
*Favor aclarar si se puede ofertar kits de 100 determinaciones.*
*Lote 207 — ítem 1*
*Favor aclarar si se puede ofertar caja por 40 determinaciones.*
*Lote 209 — ítem 5*
*Favor aclarar si se puede ofertar tubos de 2,5 ml*
*Lote 209- ítem 13*
*Favor aclarar si el tubo debe ser vidrio o plástico.*
*Lote 139 — equipo en comodato.*
*Favor aclarar si se puede ofertar un equipo automatizado c/ capacidad para 24 muestras y capacidad de procesamiento de 110 Tp/Hora y 45 TTPA/Hora.*

***Respuesta***

*Lote Nº 16 ítem 1 Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Lista de Precios.*
*Lote Nº 23 ítem 1 Remitirse a la Adenda Nº 2.*
*Lote Nº 25 ítem 1 Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Lista de Precios.*
*Lote Nº 28 ítem 1 Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Lista de Precios.*
*Lote Nº 35 ítem 1 Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Lista de Precios.*
*Lote Nº 42 ítem 1 Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Lista de Precios.*



Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

*Lote Nº 45 ítem 1 Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Lista de Precios.*
*Lote Nº 148 ítem 1 Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Lista de Precios.*
*Lote Nº 207 ítem 1 Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Lista de Precios.*
*Lote Nº 209 ítem 5 Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Lista de Precios.*
*Lote Nº 209 ítem 13 Remitirse a la Adenda Nº 2.*
*Lote Nº 139 Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Lista de Precios.*

***Consulta N° 10:***
*Se pueden aclarar los datos de especificaciones técnicas y cantidad de equipos automatizados del Lote Nº 210 para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.*
***Respuesta***
*Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, Pagina Nº 12 ANEXO 1 : Sobre las condiciones técnicas para la ADQUISICIÓN de reactivos para el Servicio de Banco de Sangre del Hospital de Clínicas, y con respecto a la cantidad de equipos, Pagina Nº 17, Equipamiento en comodato.*

*Sin otro particular, les saludo muy atentamente.*

***C.P. LILIAN SUAREZ***
*Jefa Interina de la Unidad Operativa de Contrataciones*



Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay