PAC N°: 302.118

NOTA ACLARATORIA N° 02

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 09/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA TERAPIAS INTENSIVAS DEL MSP Y BS" – AD REFERENDUM** – LAS SIGUIENTES RESPUESTAS A LAS CONSULTAS REALIZADAS:

1. **CONSULTA**

Consulta Nro.1 – Ítem 1 Bomba de Infusión a Jeringa
En las Especificaciones Técnicas se menciona lo siguiente:

Capacidad de utilizar jeringas de dos tamaños diferentes como mínimo
Recomendamos modificar la característica solicitada, las bombas a jeringa se utilizan con tasas de infusión muy bajas en pacientes de muy bajo peso como neonatos o pacientes pediátricos, en estos casos es conveniente el uso de jeringas pequeñas, las jeringas de mayor tamaño, por ejemplo 50ml al utilizarse con flujo bajos pueden demorar un tiempo excesivo en indicar una alarma de oclusión, ya que debe pasar un tiempo hasta que la presión generada sobrepasa el límite de la alarma.

Además con bombas que permitan el uso de varios tamaños de jeringas se asegura que puedan ser utilizadas en todo momento y no dependan de que la institución cuente con el tamaño adecuado de jeringa.

Por todo lo antes expuesto recomendamos la siguiente modificación:

Capacidad de utilizar jeringas de 2/3; 5; 10; 20; 30 y 50 ml

Respuesta: Favor adecuarse al PBC, se aclara que se solicita **para utilizar jeringas de dos tamaños como mínimo,** por lo que si se ofertan equipos con mejores prestaciones también cumplirá con lo solicitado.

2. **CONSULTA**

Consulta 1: Se consulta si se puede ampliar el plazo de entrega.

Item 2: Humidificador respiratorio con adaptador de cable de calentador

Consulta 1: Estas especificaciones corresponden a al humidificador respiratorio de la marca Fisher & Paykel modelo MR850. Por lo tanto ningún otro fabricante podrá cumplir estos requerimientos. Favor aclarar si es la marca y modelo que desean para que nuestra firma no se presente en este ítem. Se anexa catálogo.

Respuesta: Favor adecuarse al PBC, se aclara que se requieren humidificadores de características similares al equipo mencionado.

3. **CONSULTA**

Consulta 2: Se consulta si el humidificador pudiera ser de menores dimensiones.

Respuesta: Favor adecuarse al PBC, se aclara que se requieren humidificadores con esas características.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

4. CONSULTA

Consulta 3: Favor aclarar si el punto de ajuste de la temperatura de las vías aéreas en modo hilo calentado pudiera ser de 31°C a 40°C, debido a que cumple con el rango ideal en de cuidados intensivos.

Respuesta: Favor adecuarse al PBC, se aclara que se requieren humidificadores con esas características.

5. CONSULTA

Consulta 4: Favor aclarar si se puede cotizar humidificador donde la temperatura de la cámara en modo hilo calentado se ajuste en un rango de -5°C a +2°C respecto a la temperatura de la cámara. Ya que la variación recomendada es + -2°C.

Respuesta: Favor adecuarse al PBC, se aclara que se requieren humidificadores con esas características.

6. CONSULTA

Consulta 5: Se puede cotizar equipo 9 niveles de potencia (45°C a 75°C) de la placa calentadora en modo hilo no calentado?

Respuesta: Favor adecuarse al PBC, se aclara que se requieren humidificadores con esas características.

7. CONSULTA

Consulta 6: Se consulta si la temperatura de ajuste de las vías aéreas en modo invasivo y sin alambre caliente podría están en el rango de 31°C a 35°C. Ya que es el rango recomendado a ser utilizado a través de una vía aérea artificial

Respuesta: Favor adecuarse al PBC, se aclara que se requieren humidificadores con esas características.

8. CONSULTA

Consulta 7: Favor aclarar si temperatura en la cámara, como en las vías aéreas aumenta o disminuye del valor establecido son motivos de alarmas válidos.

Respuesta: Favor adecuarse al PBC, se aclara que se requieren humidificadores con esas características.

9. CONSULTA

Item 3: Oximetro de pulso portátil

Consulta 1: Se consulta la modalidad de trabajo del oximetro, es ambulatorio o de cabecera principalmente?

Respuesta: se aclara que la modalidad de trabajo será de cabecera.

10. CONSULTA

Consulta 2: Se consulta si el oximetro de pulso debe contar con tecnología Masimo SET para situaciones de baja perfusión y movimiento

Respuesta: Favor adecuarse al PBC, se aclara que si se ofertan equipos con mejores prestaciones también cumplirá con lo solicitado.

Asunción, 02 de febrero de 2016

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones