ADDENDA Nº 01/2018

MODIFICACIONES EN EL LLAMADO CD "ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PROYECTO CONACYT PINV 15-372", CON I.D. 351.496 CONVOCADA POR LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE.

La Facultad de Ingeniería Agronómica - Universidad Nacional del Este, en base a las solicitudes de aclaraciones recibidas, MODIFICA, en su Carta de Invitación, los siguientes puntos:

MODIFICACIONES EN LA CARTA DE INVITACIÓN
ANEXO C
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS

Ítem	Descripción del Bien	Descripción
		Descripción anterior
11	Determinador de humedad	Sistema infrarrojo, emisor halógeno, balanza semianalitica (0.001g) con capacidad de 160gr. Resultados expresos directamente en % de humedad o solidos secos, sistema de trabajo con tiempo programado o apagado automático. Posibilidad de verificación durante el proceso de temperatura de cámara de secado. Repetición de toque. Memoria para programa de secado. Protección contra aperturas prematura de cámara. Calibración automática, sistema mecánico de protección a sobrecarga.
		Descripción actual
11	Determinador de humedad	Sistema infrarrojo, emisor halógeno, balanza semianalitica (0.001g) con capacidad de 160gr. Resultados expresos directamente en % de humedad o solidos secos, sistema de trabajo con tiempo programado o apagado automático. Posibilidad de verificación durante el proceso de temperatura de cámara de secado. Repetición de toque. Memoria para programa de secado. Protección contra aperturas prematura de cámara. Calibración automática, sistema mecánico de protección a sobrecarga. **Debe contar con sistema de calibración internacional INTN**
		Descripción anterior
12	Cámara germinadora de semillas	Germinador de semillas, con control de temperatura. Puerta de vidrio con cámara doble para mejor visibilidad y entrada de luz. Parte superior también con vidrio posibilitando la ejecución de test de germinación a la luz del día o em oscuro. Con 5 estantes de acero inoxidable a fin de prevenir cualquier efecto de toxico que retarde la germinación. Dimensiones internas de 60x55x87xm de alt. 220V. Control de temperatura digital microprosesado. Con iluminación.
		Descripción actual
12	Cámara germinadora de semillas tipo MANGELSDORF	Germinador de semillas, con control de temperatura. Puerta de vidrio con cámara doble para mejor visibilidad y entrada de luz. Parte superior también con vidrio posibilitando la ejecución de test de germinación a la luz del día o em oscuro. Con 5 estantes de acero inoxidable a fin de prevenir cualquier efecto de toxico que retarde la germinación. Dimensiones internas de 60x55x87xm de alt. 220V. Control de temperatura digital microprosesado. Con iluminación. **Temperatura de rango mínimo 20-40 °C, Volumen de capacidad interna entre 70 a 150 Ltrs.**
		Descripción anterior
19	Microscopio Estereoscopio	Con cabezal binocular inclinado 45°, giratorio 360°, con ajuste de dioptrías, distancia de trabajo 80 mm, luz superior halógena 12 v/15 W y luz inferior halógena 12 V/10W luz, se suministra de serie con 80 mm. De vidrio esmerilado, placas de etapa en blanco y negro, con capa protectora.
		Descripción actual
19	Microscopio Estereoscopio	Con cabezal binocular inclinado 45°, giratorio 360°, con ajuste de dioptrías, distancia de trabajo 80 mm, **luz superior LED** 12 v/15 W y luz inferior **LED** 12 V/10W luz, se suministra de serie con 80 mm. De vidrio esmerilado, placas de etapa en blanco y negro, con capa protectora. **Tipo de lentes: 10 x 40 x 60 x 90x**

Los demás puntos del PBC, no fueron modificados.
19/11/2018

Lic. Ariel Unzain
Responsable UOC