

Consultas Realizadas

Licitación 442114 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA ENFERMERIA

Consulta 1 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia - Punto 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2024
Se solicita favor considerar la experiencia de provisión objeto de la presente contratación, con sus respectivas recepciones finales, certificados de cumplimiento satisfactorio, y/o documentos que acrediten el cumplimiento satisfactorio correspondiente a cada factura o contrato presentado, cuya sumatoria de los tres últimos años (2021, 2022 y 2023) deberá ser como mínimo el 30 % (treinta por ciento) del monto ofertado, los mismos podrán ser de entidades públicas y/o privadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2024
Ver Adenda 2		

Consulta 2 - Periodo de validez de la Garantía de los bienes- Vencimiento - Insumos

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2024
Favor evaluar la posibilidad de disminuir el vencimiento solicitado de 2 años mínimo para los insumos, a 1 año, dicho cambio redundará en una mayor disponibilidad de ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2024
Ver Adenda 2		

Consulta 3 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2024
Se solicita aumentar el plazo de entrega a 30 (treinta) días hábiles, a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor. El aumento del plazo redundará en una mayor disponibilidad de ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2024
Ver Adenda 2		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas Ítem N° 35 - Collar cervical

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2024
Favor aclarar las medidas o talla del collar cervical solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2024
Ver Adenda 2		

Consulta 5 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 31 - Caja de Cirugía Menor

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2024
----------	-------------------	------------

Favor aclarar exactamente que debe contener la Caja de Cirugía Menor solicitada, detallando producto y cantidad

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2024
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2

Consulta 6 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 30 - Venda de gasa indesmallable

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2024
----------	-------------------	------------

Favor aclarar la cantidad solicitada; están solicitando 20 unidades o 20 bolsas conteniendo 10 unidades cada bolsa?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2024
-----------	--------------------	------------

Se solicita 20 bolsas que contienen 10 unidades

Consulta 7 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 27 - Banda adhesiva

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2024
----------	-------------------	------------

Se podría ofertar banda adhesiva color piel rectangular

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2024
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 2

Consulta 8 - ITEM Nº 34 - Balanza de peso corporal con tallímetro

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2024
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 34 - Balanza de peso corporal con tallímetro e índice de masa corporal.
Respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con las siguientes especificaciones técnicas:
Pesa un máximo de 150 Kg. Rango de medición de tallímetro: 1000 - 2000 mm. La parte superior está fabricada con hierro fundido.

La plataforma es antideslizante.

Datos técnicos - Mínimo:

Sensibilidad: 100 g. Dimensiones de la plataforma: 290 x 390 mm aproximadamente.

Altura desde el suelo hasta la parte superior de 130cm aprox. Peso aproximado: 15 Kg

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2024
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2

Consulta 9 - ITEM Nº 34 - Balanza de peso corporal con tallímetro e índice de masa corporal.

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2024
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 34 - Balanza de peso corporal con tallímetro e índice de masa corporal.
Respetuosamente sugerimos a la convocante que el nombre del ítem quede de la siguiente manera: - Balanza de peso corporal con tallímetro, debido a que en las especificaciones técnicas no se solicita el índice de masa corporal.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2024
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2

Consulta 10 - ITEM Nº 37 - Tubo de Oxigeno

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2024
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 37 - Tubo de Oxigeno, donde dice: Balón-oxigeno de 425 litros.
Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con las siguientes características:
Balón-oxigeno de 2,5 m3 equivalente a 3 litros o mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2024
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a las características solicitadas en el Pliego de Base y Condiciones ya que se ajustan a la necesidad de la institución solicitante.

Consulta 11 - ITEM Nº 37 - Tubo de Oxigeno

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2024
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 37 - Tubo de Oxigeno, donde dice: mide 50 cm de altura
Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con las siguientes características:
mide 50 cm de altura o mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2024
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2