

## Consultas Realizadas

# Licitación 441052 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS DEL INCAN - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO

Consulta 1 - ITEM SOLICITADOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DESCRIPCIÓN DEL BIEN.

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2024
DONDE DICE: NOMBRE DE LOTE: 11.1 LOTE: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS - GRUPO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. FAVOR CORREGIR DESCRIPCIONES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE EQUIPO ESAOTE MYLAB TWICE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2024
Remitirse a la Adenda Adenda, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipo Ecógrafo marca: ESAOTE modelo: MYLAB TWICE serie N° 9404 Cód. Pat. N° 011-27-07-0283		

Consulta 2 - ITEMS SOLICITADOS - PRECIOS DE REFERENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2024
* ITEM 6: FAVOR CORREGIR PRECIO, DONDE DICE PRECIO UNITARIO ESTIMADO Gs. 1.150.000, DEBE DECIR PRECIO UNITARIO ESTIMADO Gs: 115.000.000.  *ITEM 29: FAVOR CORREGIR PRECIO, DONDE DICE PRECIO UNITARIO ESTIMADO Gs.1.352.500, DEBE DECIR PRECIO UNITARIO ESTIMADO Gs: 135.250.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2024
Remitirse a la Adenda Adenda, Cambia a 115.000.000 Cambiar a 135.250.000		

### Consulta 3 - DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2024
FAVOR INCLUIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS. * FAVOR DETALLAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS, CUANDO RETIRAR LA ORDEN DE COMPRA, UNA VEZ RETIRADO CUANTOS TIEMPOS SE DISPONE PARA HACER LOS TRABAJOS. * FAVOR DETALLAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: UNA VEZ RETIRADO LA ORDEN CUANTOS TIEMPOS SE DISPONE PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS SOLICITADOS, DÍA, HORA, Y DONDE ENTREGAR LOS REPUESTOS PARA LA VERIFICACIÓN.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2024
Remitirse a la Adenda Adenda Para Mantenimiento Preventivo: Las Órdenes serán emitidas conforme al Cronograma, según protocolo emitido y/o recomendado por el fabricante, que debe ser presentado por el oferente. El inicio del trabajo es inmediatamente después de la recepción de la Orden por parte del Contratista, el plazo de culminación de los trabajos es dentro de los primeros 30 (TREINTA) días corridos de la recepción de la Orden de Servicio. Para Mantenimiento Correctivo: el plazo de entrega de los repuestos y/o Accesorios será de 15 (quince) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Servicio, por parte del Contratista. Una vez aprobada la verificación de los repuestos, el contratista dispondrá de un plazo de 48 horas en Asunción y Central, y 72 horas en el interior del país, para la instalación de los repuestos en las dependencias afectadas. Para el caso de Mantenimiento Correctivo (Asistencia Técnica) no incluye repuestos: el plazo es de 48 horas para Asunción y Central, y de 72 horas para el interior del país, a partir de la recepción de la Orden de Servicio, para el diagnóstico o puesta en funcionamiento del equipo. En caso de necesitar prórroga el contratista deberá solicitar por medio de una Nota al administrador del Contrato.		

### Consulta 4 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2024
* DONDE DICE GARANTÍA ESCRITA POR EL SERVICIO TÉCNICO, DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO INCLUYENDO LAS PARTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO POR EL PERIODO DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS SERVICIOS CONCLUIDOS. FAVOR CORREGIR EL PERIODO A 6 (SEIS) MESES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2024
Remitirse a la Adenda Adenda, Por el periodo de 6 meses		

## Consulta 5 - Seccion Suministros y Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2024
Especificaciones técnicas - CPS En donde dice Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados. Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta. ¿Cuál es la Planilla que se debe completar y presentar junto con la oferta?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2024
Este punto se elimina		

## Consulta 6 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2024
En la página 11 del PBC dice: Demostrar la experiencia en Mantenimiento preventivo y correctivo de la lista de los Equipos Médicos nombrados en el llamado, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 2020, 2021 Y 2022. Solicitamos a la Convocante incluya la presentación de contratos para demostrar la experiencia requerida, de ser así quedaría redactado de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en Mantenimiento preventivo y correctivo de la lista de los Equipos Médicos nombrados en el llamado, con Contratos, facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 2020, 2021 Y 2022.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2024
Remitirse a la Adenda Adenda, Demostrar la experiencia en Mantenimiento preventivo y correctivo de la lista de los Equipos Médicos nombrados en el llamado, con Contratos, facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 2020, 2021 Y 2022.		

## Consulta 7 - Habilitación vigente

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2024
Solicitamos a la convocante requiera la presentación del Certificado de Habilitación vigente expedida por DNVS dependiente del MSPYBS, como fabricante importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2024
<ul style="list-style-type: none"><li>- Presentar Certificado de Habilitación vigente expedida por DNVS del MSPYBS, como fabricante importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos.</li><li>- Presentar Carta de Representación y Capacitación del fabricante</li></ul>		