

Consultas Realizadas

Licitación 444897 - LPN 30/24 ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA SUTURA MECANICA COMPATIBLES CON EQUIPOS DE MARCA COVIDIEN-MEDTRONIC PERTENECIENTES AL IPS

Consulta 1 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta
	12-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante verificar las especificaciones ya que los dispositivos no son propiedad del Instituto de Previsión Social, y no encontramos antecedentes de dichas compras la cual limita la oferta a una sola marca.	

Consulta 2 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta
	12-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar en el Ítem N° 1, donde dice: "Cartucho de recarga de sutura mecánica endolineal cortante de 45 mm. de longitud, articulada, carga púrpura. Con 3 hileras de grapas de 3mm., 3.5mm. y 4mm. de altura de la grapa, para tejidos gruesos", las siguientes características: "Con Bisturí en el dispositivo, 2 filas de grapas a cada lado del bisturí. Altura de grapa 3,8 mm cada uno", ya que cumple la misma finalidad quirúrgica y el mismo resultado deseado de corte y división del tejido entre las filas de grapas cumpliendo así con los estándares internacionales. También así poder dar participación a más oferentes buscando una mejor oferta para la convocante, ya que las características solicitadas son específicas de una marca y el color purpura también es específico de una sola marca. También solicitamos a la convocante poder ofertar otras marcas como normalmente se solicitan, como ejemplo en la LPN N° 45/21 - ID 401.038, solicitaban "por cada 10 cargas 1 dispositivos", así poder dar oportunidad a otras marcas.	

Consulta 3 - Item 2.

Consulta	Fecha de Consulta
	12-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar en el Ítem N° 2, donde dice: "Cartucho de recarga de sutura mecánica endolineal cortante de 60 mm. de longitud, articulada, carga púrpura. Con 3 hileras de grapas de 3mm., 3.5mm. y 4mm. de altura de la grapa, para tejidos gruesos", las siguientes características: "Con Bisturí en el dispositivo, 2 filas de grapas a cada lado del bisturí. Altura de grapa 3,8 mm cada uno", ya que cumple la misma finalidad quirúrgica y el mismo resultado deseado de corte y división del tejido entre las filas de grapas cumpliendo así con los estándares internacionales. También así poder dar participación a más oferentes buscando una mejor oferta para la convocante, ya que las características solicitadas son específicas de una marca y el color purpura también es específico de una sola marca. También solicitamos a la convocante poder ofertar otras marcas como normalmente se solicitan, como ejemplo en la LPN N° 45/21 - ID 401.038, solicitaban "por cada 10 cargas 1 dispositivos", así poder dar oportunidad a otras marcas.	

Consulta 4 - EETT - Item N° 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2024
<p>La convocante solicita en las EETT del ítem N° 1: "Cartucho de recarga de sutura mecánica endolineal cortante de 45 mm. de longitud, articulada, carga púrpura. Con 3 hileras de grapas de 3mm., 3.5mm. y 4mm. de altura de la grapa, para tejidos gruesos". Por tal motivo solicitamos ampliar el rango con las siguientes características: "Cartucho de recarga de sutura mecánica endolineal cortante de 45 mm. de longitud, articulada. Con 3 hileras de grapas de 3 mm (+/- 1 mm), 3.5 mm (+/- 1 mm) y 4 mm. (+/- 1 mm) de altura de la grapa, para tejidos gruesos. Con la provisión de 1 dispositivo por cada 10 cargas. Así poder dar oportunidad a otras empresas que cumple la misma finalidad quirúrgica y el mismo resultado deseado, de corte y división del tejido entre las filas de grapas cumpliendo así con los estándares internacionales, excluyendo las medidas EXACTAS y COLOR son específicas de una sola marca.</p> <p>Tal como la LPN N° 45/21 - ID 401.038.</p>		

Consulta 5 - EETT - N° 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2024
<p>La convocante solicita en las EETT del ítem N° 2: "Cartucho de recarga de sutura mecánica endolineal cortante de 60 mm. de longitud, articulada, carga púrpura. Con 3 hileras de grapas de 3mm., 3.5mm. y 4mm. de altura de la grapa, para tejidos gruesos". Por tal motivo solicitamos ampliar el rango con las siguientes características: "Cartucho de recarga de sutura mecánica endolineal cortante de 60 mm. de longitud, articulada. Con 3 hileras de grapas de 3 mm (+/- 1 mm), 3.5 mm (+/- 1 mm) y 4 mm. (+/- 1 mm) de altura de la grapa, para tejidos gruesos. Con la provisión de 1 dispositivo por cada 10 cargas. Así poder dar oportunidad a otras empresas que cumple la misma finalidad quirúrgica y el mismo resultado deseado, de corte y división del tejido entre las filas de grapas cumpliendo así con los estándares internacionales, excluyendo las medidas EXACTAS y COLOR son específicas de una sola marca.</p> <p>Tal como la LPN N° 45/21 - ID 401.038.</p>		

Consulta 6 - EETT - Item N° 3

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2024
<p>Solicitamos amablemente a la convocante, aclarar a que tipo de sutura se refieren al decir grapa curva (Lineal, circular, endolineal, etc.), ya que normalmente las grapas son rectangulares</p>		

Consulta 7 - Sistema de Adjudicación.

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2024
<p>Se solicita a la convocante modificar el sistema de abastecimiento del Total a Ítems, esto permitirá a la convocante contar con mayor amplitud en cuanto a futuros potenciales oferentes que se encuentren interesado en cotizar uno a dos productos.</p>		

Consulta 8 - Sistema de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
<p>Solicitamos a la convocante establecer el sistema de adjudicación por ítems, a los efectos de lograr una mayor participación de oferentes.</p>		

Consulta 9 - Grupo 1 Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
<p>Donde dice: Cartucho de recarga de sutura mecánica de sutura mecánica de 45 mm. carga púrpura . Cartucho de recarga de sutura mecánica endolineal cortante de 45 mm. de longitud, articulada, carga púrpura. Con 3 hileras de grapas de 3mm., 3.5mm. y 4mm. de altura de la grapa, para tejidos gruesos</p> <p>Consulta: Sugerimos a la convocante revisar las especificaciones técnicas ya que la característica solicitada se refiere a una sola marca existente en el mercado local que es Medtronic dando de esta manera un direccionamiento única y exclusivamente a la empresa Codex SRL.</p> <p>Solicitamos a la convocante abrir parámetros con respecto a la altura de la grapa, permitir ofertar de 3.50, 3.8, y 4.1, llevando en cuenta que se requiere para tejidos gruesos. La altura especifica de 3mm., 3.5mm. y 4mm no implica beneficios técnicamente significativos y todas las marcas cumplen con la finalidad quirúrgica.</p> <p>Sugerimos además a la convocante solicitar 1 dispositivo por cada 10 cargas, y de esa manera dar oportunidad a potenciales oferentes que cuentan con marcas de muy buena calidad y también beneficiar a la institución con mas ofertas y precios mas competitivos.</p>		

Consulta 10 - Grupo 1 Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
<p>Cartucho de recarga de sutura mecánica de 60 mm. carga púrpura</p> <p>Cartucho de recarga de sutura mecánica endolineal cortante de 60 mm. de longitud, articulada, carga púrpura. Con 3 hileras de grapas de 3mm., 3.5mm. y 4mm. de altura de la grapa, para tejidos gruesos .</p> <p>Consulta: Sugerimos a la convocante revisar las especificaciones técnicas ya que la característica solicitada se refiere a una sola marca existente en el mercado local que es Medtronic dando de esta manera un direccionamiento única y exclusivamente a la empresa Codex SRL.</p> <p>Solicitamos a la convocante abrir parámetros con respecto a la altura de la grapa, permitir ofertar de 3.50, 3.8, y 4.1, llevando en cuenta que se requiere para tejidos gruesos. La altura especifica de 3mm., 3.5mm. y 4mm no implica beneficios técnicamente significativos y todas las marcas cumplen con la finalidad quirúrgica.</p> <p>Sugerimos además a la convocante solicitar 1 dispositivo por cada 10 cargas, y de esa manera dar oportunidad a potenciales oferentes que cuentan con marcas de muy buena calidad y también beneficiar a la institución con mas ofertas y precios mas competitivos.</p>		

Consulta 11 - Grupo 1 Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
<p>Cartucho de recarga de sutura mecánica de sutura mecánica con grapa curva de 45 mm. Cartucho de recarga de sutura mecánica con grapa curva de 45 mm 4,8 mm</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar el sistema de adjudicación por ítems , llevando en cuenta que la característica solicitada para este ítem, corresponde a una sola marca, y de esa manera dar oportunidad a los oferentes de poder participar en los otros ítems.</p>		

Consulta 12 - Sistema de Adjudicación:

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
<p>Solicitamos a la convocante modificar la adjudicación por ítems, tal cual como está conformado el lote 1 , la libre competencia se encuentra restringida. Actualmente una sola empresa concentran dichos productos tal cual han sido agrupados y con las características solicitadas, evitando así la participación de cualquier otro oferente, privándose el IPS de contar con varias ofertas de menor precio y permitiendo a aquel privilegiado ofertar a un precio desmedido y fuera del parámetro que se maneja en el mercado.</p>		

Consulta 13 - Nombre del Llamado

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
<p>LPN 30/24 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA SUTURA MECÁNICA COMPATIBLES CON EQUIPOS DE MARCA COVIDIEN - MEDTRONIC PERTENECIENTES AL IPS</p> <p>Solicitamos a la convocante mencionar el numero de ID del llamado donde se adquirieron los Equipos de la marca COVIDIEN MEDTRONIC para los cuales se esta pidiendo los cartuchos.</p> <p>No se encuentra antecedentes de compras por parte del IPS de estos equipos.</p> <p>Que cantidad de equipos son? En que condiciones se encuentran estos equipos?</p> <p>Cuanto tiempo de vida útil le queda a los equipos? Como para pedir una cantidad importante de cartuchos. Solicitamos a la convocante aclarar estos puntos para llevar a cabo una compra con transparencia.</p> <p>En presupuestos recibidos ,(anexado por la convocante) como antecedente de estimación de costos, se puede visualizar una cotización de la empresa CODEX SRL donde menciona UNA GRAPADORA AUTOMATICA INTELIGENTE (EN COMODATO)</p> <p>La convocante pretende adquirir equipos en COMODATO? De ser así, existen muchos proveedores que pueden ofrecer equipos entregando 10 unidades de cartuchos y no necesariamente debe ser de la misma marca COVIDIEN.</p>		

Consulta 14 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
<p>Donde dice: Demostrar la experiencia en La Provisión de Servicios de Mantenimiento, Reparación y Suministro de Accesorios a Equipos Biomédicos con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.</p> <p>Consultamos a la convocante cual es criterio par solicitar servicio de mantenimiento Reparación y Suministro de Accesorios a Equipos Biomédicos. A caso la convocante pretende también un servicio de mantenimiento a los equipos pertenecientes a IPS? Ya que en reiteradas partes la convocante menciona que la empresa CODEX SRL cuenta con la carta de autorización del fabricante, para realizar los servicios necesarios de asistencia técnica de la marca COVIDIEN-MEDTRONIC .</p> <p>Solicitamos que se aclare este punto y lo que corresponde este caso es la experiencia en provisión de insumos médicos de la misma naturaleza.</p>		

Consulta 15 - Especificaciones técnicas - CPS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
<p>La compra se hace en LOTE, sin embargo no existe relación de dependencia entre los ITEMS 1 y 2 con el ITEM 3, el ITEM 1 y 2, son recargas para uso con Grapadoras ENDOLINEALES, sin embargo, el ítem 3, es para acceso PELVICO, son cosas totalmente diferentes e independientes, se podría considerar que el LOTE puede estar compuesto por el ITEM 1 y 2, que si necesitan compatibilidad, pero no así el ITEM 3, que debería licitarse como un ítem separado, y no en el mismo LOTE, es demasiado evidente que va dirigido solo y únicamente a la marca MEDTRONIC.</p>		

Consulta 16 - Especificaciones técnicas - CPS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
<p>No existe relación entre las EETT y la compatibilidad con su compatibilidad con Equipos MEDTRONIC, de hecho no se menciona cual sería equipo MEDTRONIC con cuál deben ser compatibles, por lo que se entiende que esta mal planteado el llamado, o se pretende dirigir y adquirir un producto de una sola marca, sin sustento. Porque tampoco se observa una compra anterior, donde se adquieran "EQUIPOS MEDTRONIC" de sutura MECANICA. Lo ideal sería agregar un ITEM mas, junto con los ITEMS 1 y 2 que sería la grapadora Endolineal.</p>		

Consulta 17 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
<p>DICE: Demostrar la experiencia en La Provisión de Servicios de Mantenimiento, Reparación y Suministro de Accesorios a Equipos Biomédicos con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.</p> <p>CONSULTA: La experiencia requerida no corresponde en absoluto con la naturaleza del llamado, ya que las suturas mecánicas son dispositivos desechables, de un solo uso CLASE III, y no son utilizados con un equipo medico, no requiere mantenimiento, ni reparación, ni servicio técnico, requieren de una grapadora que también es un producto desechable, de CLASE III y se registra con las misma familia de productos, por tanto lo lógico sería solicitar la experiencia en Suministro de dispositivos médicos o similar</p>		