

## Consultas Realizadas

# Licitación 443771 - MCN N° 37-2024 SUMINISTRO DE CALIBRADOR DE PRESIÓN Y TEMPERATURA PARA LA CENTRAL H. ACARAY

### Consulta 1 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
Solicitamos a la convocante admitir como experiencia la provisión satisfactoria de instrumentos de medición aifnes a lo solicitado, a fin de permitir mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2024
El Oferente deberá contar con antecedentes en la provisión de bienes objeto de la presente contratación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos y/o Privados, acreditadas mediante Certificados expedidos por clientes, Contratos finiquitados y/o Facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2021, 2022 y 2023), o que en sumatoria totalicen el cincuenta por ciento (50%) de lo ofertado en este procedimiento licitatorio. En caso de tratarse de un Consorcio, se considerara la sumatoria del líder (60%) y el socio (40%) de los requisitos establecidos en el punto Experiencia.		

### Consulta 2 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
Solicitamos a la convocante aumentar el plazo de entrega del equipo al menos a 60 días, ya que son equipos muy específicos que deben traerse por importación y en estas fechas la provisión de los mismos tiene mayor tiempo de demora. De esta forma se podra permitir mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2024
Favor adecuarse al plazo de entrega establecido en el PBC.		

### Consulta 3 - especificaciones del ítem

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2024
Donde dice: "Almacenamiento Memoria interna y memoria extraíble USB". ¿Se podría tambien aceptar un equipo con solo memoria interna, pero con capacidad de almacenamiento de hasta 150.000 valores?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2024
Es aceptable la memoria interna, pero debe tener la capacidad para extraer informes desde un Software proveído con el equipo para generación de informes de resultados.		