

Consultas Realizadas

Licitación 446518 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO-SILLONES

Consulta 1 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2024
En donde dice "Brazo de soporte del paciente fijo" , favor considerar el Rebatible ya que para un paciente con un poco de sobre peso es mas comodo el levantamiento de la pieza, asi mismo para el Profesional en el caso de un acercamiento el rebatible es la opción adecuada.- en todo caso Coloca de "preferencia Brazo de soporte del paciente fijo"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2024
Se aceptará el brazo rebatible		