

## Consultas Realizadas

### Licitación 202093 - Adquisición de Medicamentos e Insumos para Kit de Parto

#### Consulta 1 - Items 50

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2010
Favor informar si la aguja de la sutura puede ser de 20 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2010
El margen de variación de la aguja de sutura deberá oscilar en +/- 1mm.		

#### Consulta 2 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2010
Las muestras deben ser enviadas con el sobre de las ofertas en el momento de la entrega de los mismos o dichas muestras seran requeridas posteriormente por nota al oferente? Favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2010
El/a, los/as oferente/s ganador/es del/os grupo/s subastado/s deberá/n presentar sus documentaciones sustanciales y no sustanciales y las muestras correspondientes, a más tardar a las 15:00 horas del día hábil siguiente del cierre de la Subasta ? Emisión del Acta. Las documentaciones deberán presentarse en la Direccion General de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud sito en Yegros N° 748 entre Luis Alberto de Herrera y Fulgencio R. MOreno, en sobre cerrado con indicación del nombre del/a oferente participante, un original y dos copias (La oferta en medio magnético)		

#### Consulta 3 - Item N°50 Hilo de sutura de Nylon N°3/0

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2010
Favor ampliar el margen en el tamaño de la aguja en + - 1mm, debido a que el tamaño normalmente utilizado para esta sutura (nylon N°3/0) es de 2cm. favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2010
El margen de variación de la aguja de sutura deberá oscilar en +/- 1mm.		

#### Consulta 4 - Sistema de abastecimiento simultáneo

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2010
Cuál será el procedimiento que se utilizará para el abastecimiento simultáneo, serán realizadas consultas a los oferentes del 2do. y 3er. lugar para que los mismos acepten la reducción del precio?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2010
Si se realizarán consulta por nota a los oferentes con la 2da. y 3er. oferta.		