

Consultas Realizadas

Licitación 209901 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD

Consulta 1 - Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	02-03-2011
solicitamos aclarar si esta previsto el anticipo del 50%.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
Se requiere adecuarse al PBC		

Consulta 2 - Plazo de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	02-03-2011
Solicitamos para los Items 3,4, 6, 7, 9 un plazo de 60 días despues de la firma del contrato		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
El plazo de entrega será de 60 días para productos que se encuentran en el país y 120 días para los productos importados como máximo.		

Consulta 3 - Aclaratoria

Consulta	Fecha de Consulta	02-03-2011
Para el Item 1 Compresor: En las especificaciones técnicas en el PBC en el Punto 4.1 solicitan que la tensión sea de 220V y en el punto 2.1 solicitan que sea 15HP trifásico, con eso se tomaría en cuenta de que la tensión de trabajo es 200V trifásico es eso correcto? Cual es el grado de filtración requerida? Cuantos MG/m3 de vapor de aceite es el tolerado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
El compresor solicitado es de 5 HP y NO de 15 HP		

Consulta 4 - Consulta Aclaratoria

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
En referencia al Items Nº 1 COMPRESOR ODONTOLOGICO al realizar la visita tecnica y segun especificaciones tecnicas de el PBC no corresponde a compresor odontologico seria compresor industrial solicitamos acalarar por lo que verificamos y solicitamos no tener en cuenta los siguientes documentos ya que no es un dispositivo medico es industrial: 6. Fotocopia Autenticada de la constancia de habilitacion del servicio tecnico, emitida por el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social. 2.18. fotocopia autenticada de constancia de inscriocion como importador de dispositivos medicos emitida por la direccion de control de profesiones y establecimientos de salud del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
El compresor solicitado es de 15 HP y NO de 15 HP. En cuanto a los documentos solicitados se require adecuarse al PBC.		

Consulta 5 - 3. Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
----------	-------------------	------------

Solicitamos tengan a bien extender el plazo de entrega de los bienes a 60 días, contados a partir de la firma del contrato. Realizamos esta solicitud teniendo en cuenta que los bienes solicitados son importados y que requieren un tiempo razonable para su fabricación y posterior transporte hasta nuestro país.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
-----------	--------------------	------------

El plazo de entrega será de 60 días máximo para productos que se encuentran en el país y de 120 días como máximo para los productos importados.

Consulta 6 - Item 3 - Monitor multiparamétrico modular

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
----------	-------------------	------------

Considerando que solicitan ECG de 12 derivaciones y 9 canales en pantalla, solicitamos que el tamaño de la pantalla del monitor sea de 15" aproximadamente

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
-----------	--------------------	------------

La pantalla mínima solicitada es de 9" o mayor.

Consulta 7 - Item 3 - Monitor multiparamétrico modular

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
----------	-------------------	------------

Se aceptarán monitores con algunos parámetros preconfigurados y otros parámetros modulares?

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
-----------	--------------------	------------

Se requiere monitores modulares

Consulta 8 - Item 10 - Monitor desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
----------	-------------------	------------

Solicitamos se acepten desfibriladores con batería autónoma de 100 minutos de monitorización de ECG

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
-----------	--------------------	------------

Se requiere adecuarse al PBC

Consulta 9 - 2. Documentos Adicionales

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
<p>¿Podrán presentarse la Constancia del SIPE en estado ACTIVO de los siguientes documentos?:</p> <p>2.2 Certificado de Cumplimiento Tributario;</p> <p>2.3 Constancia de no adeudar el aporte obrero patronal expedida por el IPS;</p> <p>2.4 Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de los Registros;</p> <p>2.6 Copia Autenticada de los balances Impositivos de los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009;</p> <p>2.7 Referencias certificadas satisfactorias expedidas, mínimo una (1) entidad financiera de plaza,</p> <p>2.11 Declaración Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
<p>El balance es un documento necesario para el calculo de los Ratios, para los demás documentos SI se puede presentar la constancia del SIPE</p>		

Consulta 10 - 2.8 Inscripción en los registros de la Dirección General de Registros Públicos

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
<p>¿Cual es el documento que debemos solicitar a los Registros Públicos para corroborar la antigüedad de la empresa?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
<p>Copia del documento que presentan en los Registros Públicos de comercio para su habilitación (Estatuto en la ultima hoja consta la fecha de inscripción en el registro publico de comercio).</p>		

Consulta 11 - Item 7 ? ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
<p>En el Sub Item 2.9.11 ? La empresa deberá realizar capacitación técnica del equipo proveído con "certificación en la fábrica" de al menos 3 (tres) días a al menos 2 (dos) técnicos de la sección de donde será utilizado el equipo. Entendemos que se debe enviar a dos tecnicos a la fábrica. Mi consulta es la siguiente: ¿Puede la convocante reformular el requerimiento de la siguiente forma?:</p> <p>Instalación, Configuración, Calibración y Verificación por un Personal Técnico calificado por la empresa.</p> <p>El fundamento de esta solicitud nace a partir de la preocupación de que el requerimiento solicitado, eleva importantemente el precio de bien a ser ofertado lo cual puede acarrear inconvenientes al momento de adjudicar porque puede sobrepasar sustancialmente el costo estimativo de los mismos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
<p>Solicitamos que la empresa capacite a dos (2) personales con certificacion de su empresa en todo caso.</p>		

Consulta 12 - ITEM 3: MONITOR MULTIPARAMETRICO MODULAR ADULTO / PEDIATRICO CON ACCESORIOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
<p>En el Sub-ítem 2.3 Forma de Onda: 8 (Ocho) ondas graficas de signos vitales como mínimo De forma a permitir una mayor cantidad de oferentes solicitamos tengan a bien permitir la cotización de al menos 7 ondas, al mismo tiempo. Esta cantidad es mas que suficiente, considerando los parámetros solicitados para este equipo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
<p>Adecuarse al PBC</p>		

Consulta 13 - ITEM 4: LAMPARA CIALITICA DE TECHO DE UNA CUPULA

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
<p>En el Sub-ítem 1.1.3 Estructura de acero cromado o termoesmaltado o similar de color blanco. 1 Brazo con 3 o 4 lamparas cada uno.</p> <p>De forma a permitir una mayor cantidad de oferentes nuestra consulta es la siguiente se podrán cotizar lámpara cialitica con una lámpara por cúpula con una potencia de 120.000 lux. Aclaremos que solicitar 3 o 4 lamparas por cúpula depende del fabricante y no todos los fabricantes poseen 3 o 4 lamparas. Lo importante no es la cantidad de lámparas y si la potencia y la cantidad de la luz producida por las lámparas y el sistema optico.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
<p>Sí puede ofertar con una lámpara por cupula, pero con una cupula principal y una auxiliar</p>		

Consulta 14 - ITEM 4: LAMPARA CIALITICA DE TECHO DE UNA CUPULA

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
<p>Donde menciona un brazo con tres o cuatro lámparas cada uno solicitamos que se modifique por una cúpula de un brazo con dos focos de 24 V. 150W. (un foco principal y otro foco que se activa en caso de que el principal se quemé) que indica en el modulo de comando, esto brindaría mayor beneficio y evitaría percances durante la cirugía.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
<p>Sí puede ofertar. El mínimo es de 50 W con una cupula principal y otro auxiliar.</p>		

Consulta 15 - ITEM 6: MESA DE CIRUGIA MULTIFUNCION / MESA QUIRURGICA GENERAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
<p>En el Sub-ítem 2.1.4 Baranda laterales deslizantes.</p> <p>Solicitamos la modificación de este ítem por soporte laterales desmontables para inmovilización del paciente, pues la BARANDA LATERALES DESLIZANTES son utilizadas para carro camilla de transporte.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
<p>Adecuarse a lo establecido en el PBC</p>		

Consulta 16 - ITEM 10 MONITOR DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
<p>En el Sub-ítem 2.1.2 ?Energía seleccionable por pasos, modo bifásico: de 2 a 200 Joules o mas.?</p> <p>A fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes, solicitamos que el rango sea de 1 a 200 Joules o más</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
<p>Adecuarse a lo establecido en el PBC</p>		

Consulta 17 - ITEM 10 MONITOR DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
----------	-------------------	------------

En el Sub-ítem 2.1.3 ¿Capacidad de carga el máximo de energía en menos de 7 segundos?
 A fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes, solicitamos que el rango sea de 7 a 10 segundos aproximadamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 18 - ITEM 6: MESA DE CIRUGIA MULTIFUNCION / MESA QUIRURGICA GENERAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
----------	-------------------	------------

En el Sub-ítem 2.2.9 Frenos de la base a pedal
 Solicitamos la modificación de este ítem por 2.29 Frenos activados de la base a pedal y/o por el control remoto de la mesa. Hacemos esta sugerencia debido a que están solicitando una Mesa Eléctrica y los frenos a pedal corresponde a mesas hidráulicas. Normalmente las mesas eléctricas poseen frenos eléctricos. Y las mesa hidráulicas son las que tienen la función de frenos a pedal.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
-----------	--------------------	------------

Sí, puede ofertar frenos activados de la Base a Pedal y/o por el control remoto de la mesa

Consulta 19 - ITEM 10 MONITOR DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
----------	-------------------	------------

En el Sub-ítem 2.1.10 Donde dice: Pantalla electroluminiscente o LCD que permita ver ondas de ECG y mensajes??
 A fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes, solicitamos que se puedan cotizar con pantallas de 4" (80 x 60 mm) aproximadamente

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 20 - ITEM 2 ? AUTOCLAVE DE ESTERILIZACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
----------	-------------------	------------

2.6 Sistema de Trampa doble laminados
 Consulta: Aclarar a que se refiere esta especificación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
-----------	--------------------	------------

El ítem 2.6 Sistema de Trampa doble laminados será eliminado de las especificaciones técnicas mediante una ADDENDA al PBC.

Consulta 21 - ITEM 2 ? AUTOCLAVE DE ESTERILIZACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
2.7 Control de temperatura y presión automático, a través de manómetro/termómetro Consulta: Se sugiere exigir que el equipo tenga la posibilidad de desplegar en forma digital las lecturas de temperatura y presión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
El equipo debe tener la posibilidad de desplegar en forma digital las lecturas de temperatura y presión		

Consulta 22 - ITEM 4 ? LÁMPARA SCIALÍTICA DE TECHO DE UNA CÚPULA

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
1.1.3 Estructura de acero cromado ó termo-esmaltado o similar de color blanco. 1 brazos con 3 o 4 lámparas c/u. Consulta: Pueden cotizarse equipos de una cúpula con un foco principal y uno de reserva con luz fría.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
Sí, puede ofertar con una lampara por cupula pero una cupula principal y una auxiliar.		

Consulta 23 - ITEM 7 ? ELECTROBISTURÍ/UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
2.2.1 Tres modalidades monopolar variando la potencia y forma de onda entre ellas Consulta: Pueden cotizarse equipos con dos modalidades monopolar (Pure y Blend) en corte?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
Adecuarse a lo establecido en el PBC		

Consulta 24 - ITEM 7 ? ELECTROBISTURÍ/UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
2.3.1 Tres modalidades monopolar variando la potencia y forma de onda entre ellas Consulta: Pueden cotizarse equipos con dos modalidades monopolar (Standard y Spray) en coagulación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
Adecuarse a lo establecido en el PBC		

Consulta 25 - ITEM 7 ? ELECTROBISTURÍ/UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
Modalidad Bipolar: Tres modalidades bipolares Consulta: Pueden cotizarse equipos con dos modalidades bipolares?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
Adecuarse a lo establecido en el PBC		

Consulta 26 - 3. Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
----------	-------------------	------------

En este ítem se menciona que el plazo de entrega de los bienes será de 48 horas de recibida la orden de compra. Agradeceríamos la ampliación del plazo de entrega a 90 (noventa) días, puesto que para los equipos deben ser importados de extra-zona y por lo tanto tiene un plazo mayor de tránsito.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
-----------	--------------------	------------

El plazo de entrega será de 60 días máximo para productos que se encuentren en el país y 120 días máximo para los productos importados

Consulta 27 - 15. Valor de la Multa

Consulta	Fecha de Consulta	07-03-2011
----------	-------------------	------------

Consideramos que la multa por el atraso en la entrega del suministro de 2,0% por semana es muy elevada. Solicitamos la multa sea disminuida a 1% por semana, sería más racional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2011
-----------	--------------------	------------

Adecuarse a lo establecido en el PBC.