

Consultas Realizadas

Licitación 215204 - LCO 10/11 ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS PARA EL IPS

Consulta 1 - 1.2.5 Respaldo ajustable en altura.

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2011
Teniendo en cuenta que el 99% de las sillas de rueda de tipo hospitalar son con respaldo de altura fija, solicitamos que se permita ofertar con este ultimo tipo de respaldo (altura fija), o que si se refiere la especificacion a la angulacion variable del respaldo, por favor especificar cuantos grados o posiciones se requiere.		

Consulta 2 - Especificaciones Tecnicas 1.2.5

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2011
Respaldo ajustable en la altura, a que se refiere exactamente esta especificacion tecnica debido a que la silla solicitada es una silla no revatible segun las demas especificaciones tecnicas. Favor aclarar este punto sobre a que se refiere exactamente con ajustable en altura.		

Consulta 3 - Especificaciones Tecnicas 1.2.9

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2011
Capacidad de carga de por lo menos 150Kg., segun las especificaciones tecnicas solicitadas en el pliego dicha silla realmente tendria una capacidad probable de carga de hasta maximo 130Kg, una silla con capacidad de 150Kg. para arriba deberia de ser mucho mas grande en medida y la estructura deberia estar extra reforzada, por lo que solicitamos ampliar el margen de la capacidad de 130kg a 150kg o en todo caso cambiar las especificaciones tecnicas. Favor aclarar		

Consulta 4 - Especificaciones Tecnicas 1.2.3

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2011
Ancho minimo de la silla de 45cm., podrian ampliar el margen de dicha medida a + - 3cm., debido a que dicha diferencia no afecta a la funcionalidad y capacidad de la silla, ademas de permitir la participacion de un mayor numero de oferentes.		

Consulta 5 - Especificaciones Tecnicas 1.1.5

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2011
Normas de Calidad, favor agregar como opcion la certificacion ISO de dichas sillas de ruedas.		