

Consultas Realizadas

Licitación 225602 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

Consulta 1 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2011
Donde dice: Rango Dinámico 230Db. Solicitamos permita ofertar equipos con Rango Dinámico de 180Db como mínimo, considerando que esto no afectará de manera significativa la calidad de imagen ni de diagnóstico y permitirá la mayor participación de Oferentes, fomentando de esta manera la competencia justa		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2011
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PBC, SON LAS MINIMAS ESPECIFICACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL BIEN OFERTADO, YA QUE SON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE ADECUAN A LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE, POR LO QUE EL BIEN OFERTADO DEBE CUMPLIR MINIMAMENTE LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 2 - item1

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2011
Considerando que las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC, corresponden a una marca específica de ecógrafos, y que esto va en contra del propósito de la Ley de Contrataciones que busca la competencia con igualdad de posibilidades solicitamos requieran características más generales, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2011
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PBC, SON LAS MINIMAS ESPECIFICACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL BIEN OFERTADO, YA QUE SON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE ADECUAN A LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE, POR LO QUE EL BIEN OFERTADO DEBE CUMPLIR MINIMAMENTE LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 3 - Especificaciones

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2011
Considerando que las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC, corresponden a una marca específica de ecógrafos, y que esto va en contra del propósito de la Ley de Contrataciones que busca la competencia con igualdad de posibilidades solicitamos requieran características más generales, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2011
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PBC, SON LAS MINIMAS ESPECIFICACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL BIEN OFERTADO, YA QUE SON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE ADECUAN A LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE, POR LO QUE EL BIEN OFERTADO DEBE CUMPLIR MINIMAMENTE LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 4 - Monitor

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2011
Donde dice monitor de 15?. Recomendamos solicitar monitor de al menos 17? , esto conseguirá una mejor visualización de los profesionales médicos y colaborará para obtener un diagnóstico más rápido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2011
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PBC, SON LAS MINIMAS ESPECIFICACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL BIEN OFERTADO, YA QUE SON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE ADECUAN A LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE, POR LO QUE EL BIEN OFERTADO DEBE CUMPLIR MINIMAMENTE LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, PUDIENDO EL OFERENTE OFERTAR BIENES DE MAYOR CAPACIDAD Y CALIDAD.		

Consulta 5 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2011
Recomendamos solicitar: Disco Duro de al menos 250 Gb. Esto hará posible el almacenamiento de una mayor cantidad de estudios, evitando la necesidad de periodicos Back up, lo que se traduce en que el equipo estará disponible más tiempo para la atención de pacientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2011
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PBC, SON LAS MINIMAS ESPECIFICACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL BIEN OFERTADO, YA QUE SON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE ADECUAN A LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE, POR LO QUE EL BIEN OFERTADO DEBE CUMPLIR MINIMAMENTE LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, PUDIENDO EL OFERENTE OFERTAR BIENES DE MAYOR CAPACIDAD Y CALIDAD.		

Consulta 6 - Item 1 - Ecògrafo

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2011
Donde dice Rango dinámico de la menos 230 db. Solicitamos poder ofertar equipos con rango Dinámico a partir de 170 Db.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2011
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PBC, SON LAS MINIMAS ESPECIFICACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL BIEN OFERTADO, YA QUE SON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE ADECUAN A LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE, POR LO QUE EL BIEN OFERTADO DEBE CUMPLIR MINIMAMENTE LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		