

Consultas Realizadas

Licitación 231660 - LPN 28-12 ADQUISICION DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

Consulta 1 - Consulta sobre Pantalla de LCD

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2012
Punto 1.2.11:		
1) Sugerimos que la Pantalla LCD sea un requisito obligatorio, ya que al solicitar equipos de última generación la pantalla se convierte en un componente primordial que permite visualizar el estado de la Diálisis y los parámetros correspondientes, además los perfiles de conductividad y ultrafiltración para su correcta utilización y mejor manejo por parte del personal del servicio es conveniente contar con una pantalla para programar los parámetros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2012
Remitirse a la Adenda 2.		

Consulta 2 - Consulta sobre Funcion de Perfil de Bicarbonato

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2012
Punto 1.2.18:		
Solicitamos que los equipos deben incluir la función del Perfil de Concentración de Bicarbonato (HCO ₃) en forma obligatoria, ya que existen estudios científicos que demuestran que con la modulación de perfiles descendentes de los pacientes presentan una mayor tolerancia cardiovascular, con menor morbilidad intradiálisis y se consigue una mayor eficacia de diálisis.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2012
Remitirse a la Adenda 2.		

Consulta 3 - Punto 1.4.2

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2012
Donde dice:1.4.2 Monitoreo de presión de la sangre venosa en un rango de (-80 a menor) a (+500 a mayor) mm Hg. Solicitamos se acepte rango de -50 a +300 mmHg, pues se ajusta a las normas internacionales y da mayor posibilidad de participacion oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2012
Remitirse a la Adenda 2.		

Consulta 4 - 1.3.3 Temperatura: en el rango de 33 a 40 °C.

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2012
Favor aclarar a que temperatura se refiere este item. Solicitamos se acepte temperatura de ambiente de trabajo trabajo de 10º-30º (Norma internacional) y temperatura de alimentacion de agua 5º - 30º.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2012
El punto 1.3.3 hace referencia a la temperatura del baño de Diálisis. El oferente se deberá ajustar a lo solicitado.		

Consulta 5 - F) Cualquier otro documento adicional requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2012
Punto 6. eliminar la exigencia de contratos anteriores contraponerse a la ley de contrataciones al imponer condiciones tecnicas o formales innecesarias, pues con esto se limita la oportunidad de mayor participacion de oferentes con nuevas tecnologias, ocasionando a la Convocante un menor posibilidad de obtener las mejores condiciones tecnicas y economicas en las adquisiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2012
El oferente se deberá ajustarse a al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 6 - F) Cualquier otro documento adicional requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2012
Punto 13. eliminar la exigencia de experiencia comprobada en servicios nacionales por contraponerse a la ley de contrataciones al imponer condiciones tecnicas o formales innecesarias, pues con esto se limita la oportunidad de mayor participacion de oferentes con nuevas tecnologias, ocasionando a la Convocante un menor posibilidad de obtener las mejores condiciones tecnicas y economicas en las adquisiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2012
El oferente se deberá ajustarse a al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 7 - F) Cualquier otro documento adicional requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2012
14. El oferente deberá presentar declaración jurada en donde se establezca que los equipos ofertados tendrán por al menos diez (10) años la provisión de repuestos y partes originales nuevas por parte del fabricante. Si fuere adjudicado, el documento de fabrica, Visado y Legalizado por los estamentos pertinentes sobre la provisión de repuestos y partes en el tiempo establecido.- Favor aclarar cuales son esos "estamentos pertinentes" que deben legalizar la declaracion jurada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2012
Se aclara: ¿Estamentos pertinentes? se refiere al Consulado del país de origen y Ministerio de Relaciones Exteriores.		

Consulta 8 - F) Cualquier otro documento adicional requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2012
<p>12. Copia Autenticada de la Certificación emitida por el fabricante, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado donde conste la fecha de fabricación. En el caso de resultar adjudicada, la empresa deberá presentar la Certificación legalizada por el Consulado del país de origen.-</p> <p>Solicitamos la elinación de este item, pues es totalmente improcedente, ya que el fabricante no puede anticipar la fecha de fabricacion al no saber en que momento le sera confirmada la orden de compra. Los equipos se fabrican sobre pedido, salvo eaquellos que la fabrica lo tenga en stock por devoluciones, contratos cancelados o remanufacturados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2012
<p>Remitirse a la Adenda 2.</p>		

Consulta 9 - III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2012
<p>1.3.1: Conductividad total: en el rango 12 a 17 ms/cm. CONSULTA: PODRIA CONSIDERARSE EL RANGO DE CONDUCTIVIDAD DE 12,8 A 15,7?? Solicitamos las inclusiones o aumentos de rangos, debido que estos rangos solicitados se encuentran dirigidos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2012
<p>Remitirse a la Adenda 2.</p>		

Consulta 10 - SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2012
<p>1.3.3: Temperatura: en el rango de 33 a 40 °C. CONSULTA: PODRIAN CONSIDERARSE LOS RANGOS DE 35 A 39 °C?? Solicitamos las inclusiones o aumentos de rangos, debido que estos rangos solicitados se encuentran dirigidos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2012
<p>El punto 1.3.3 hace referencia a la temperatura del baño de Diálisis. El oferente se deberá ajustar a lo solicitado.</p>		

Consulta 11 - SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2012
<p>1.4.1: Monitoreo de presión de la sangre arterial en un rango de (-200 o menor) a (+200 o mayor) mm Hg. CONSULTA: PODRIA CONSIDERARSE RANGOS DE (-300 A + 250)?? Solicitamos las inclusiones o aumentos de rangos, debido que estos rangos solicitados se encuentran dirigidos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2012
<p>Los rangos propuestos cumplen con lo solicitado en las especificaciones técnicas; -300 es menor a -200 y 250 es mayor a 200.</p>		

Consulta 12 - Punto 2: Plan de entrega:

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2012
Solicitamos que la entrega total del ítem sea efectuado dentro de los 90 (noventa) días a partir del cobro del Anticipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2012
Remitirse a la Adenda 2.		

Consulta 13 - Consulta sobre Funcion de Perfil de Bicarbonato

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2012
Solicitamos se mantenga el Perfil de Concentración de Bicarbonato en forma OPCIONAL, ya que de ser Obligatoria dicho Perfil limitara la presencia de oferentes interesados en presentar ofertas y la licitación estaria muy dirigida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2012
Remitirse a la Adenda 2.		

Consulta 14 - CONSULTA ANTIGUEDAD DE MODELO Y FUNCION STAND BY

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2012
<p>Donde se indica:</p> <p>1.1.7: AÑO DE LANZAMIENTO DEL MODELO OFERTADO CON UNA ANTIGÜEDAD MAXIMA DE CINCO AÑOS.</p> <p>Para garantizar que la institución pueda adquirir un equipo con las mejores características y con tecnología de última generación, sugerimos que la antigüedad máxima del lanzamiento del modelo a ofertar sea de 3 (tres) años.</p> <p>Sugerimos se agregue en las especificaciones la siguiente característica:</p> <p>? El equipo ofertado deberá contar con una Modalidad de ahorro o stand by en el cuál, en caso de encontrarse en espera de la conexión del paciente, sea posible reducir o evitar el consumo de los concentrados de hemodiálisis y agua tratada hasta el ingreso en la modalidad de tratamiento.?</p> <p>Este pedido obedece a que esta característica representa un gran ahorro en insumos para la institución y es una función habitual en equipos de última generación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2012
El oferente deberá ajustarse a las especificaciones solicitadas. El oferente podrá cotizar equipos con funcionalidades adicionales sin detrimento a las especificaciones solicitadas.		

Consulta 15 - Obligatoriedad Perfil de Bicarbonato

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2012
Sugerimos que el perfil de bicarbonato sea obligatorio por ser de gran importancia ya que favorece la tolerancia al tratamiento por parte de los pacientes, esta característica no esta dirigida a un equipo en particular, ya que existen varios modelos de maquinas de hemodialisis de diferentes fabricantes que cuentan con el perfil de bicarbonato, es mas en la actualidad en el servicio de nefrologia del IPS se tienen dos modelos de maquinas de diferentes fabricantes que cuentan con dicho sistema.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2012
Remitirse a la Adenda 2.		

Consulta 16 - 1.2.18 - Perfil de Concentrado de Bicarbonado (HCO₃) Programable OPCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2012
Solicitamos se mantenga el Perfil de Concentrado de Bicarbonado (HCO ₃) Programable OPCIONAL como lo solicitaron a principio en el Pliego de Bases y condiciones, ya que de ser Obligatoria dicho Perfil limitara la presencia de oferentes interesados en presentar ofertas y la licitación estaria muy dirigida.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-05-2012
Remitirse a la Adenda N° 3 la que será publicada una vez aprobada por el Consejo de Administración del IPS. Al mismo tiempo informamos que serán prorrogados los plazos, de manera a cumplir con los plazos establecidos por la DNCP.-		