

## Consultas Realizadas

# Licitación 235189 - SERVICIO DE ESTERILIZACION

### Consulta 1 - Consulta Modo de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2012
<p>Consultamos como debe de ofertarse en la subasta? El Precio debera ofertarse por Bolsas de 100 Litros? o deberá de Ofertarse por unidad de cada Material a Esterilizar? AL ver Monto minimo y maximo sen entiende que en la puja debera indefectiblemente ofertar por unidad ya sea de bolsas o unidad de materiales a esterilizar. Solicitamos se Oferten Por Bolsas de 100 litros.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2012
<p>EL PRECIO DE OFERTA DEBERA SER POR BOLSAS DE 100 LITROS</p>		

### Consulta 2 - Validación de proceso de Esterilización.

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2012
<p>Soliciran la validación de proceso de esterilizaación por medio de Ampollas biologicas.</p> <p>Consultamos si seran aceptada como validación del proceso los testigos quimicos Eto. ya que de no ser asi conllevaria a un costo muy elevado la oferta y limitaria a futuros oferentes. El metodo de testigo quimigo no afecta la calidad de esterilización la validación es seguro en un 100%.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2012
<p>LO SOLICITADO ES PROCESO DE ESTERILIZACION POR MEDIO DE TESTIGOS QUIMICOS,LAS AMPOLLAS BIOLOGICAS SON PARA CONTROL INTERNO DE SU EMPRESA</p>		