

Consultas Realizadas

Licitación 241999 - LCO 10/12 - Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo con cambio de repuestos a demanda de equipos Biomédicos, por Contrato Abierto

Consulta 1 - Lote 2 - ítem 1: Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de rayos marca Siemens.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
<p>Deseamos hacer notar que la lista de repuestos de las Especificaciones Técnicas no corresponde al equipo de rayos x Axiom Iconos MD.</p> <p>Sugerimos que este listado sea modificado por los siguientes repuestos que sí son necesarios ser sustituidos en este equipo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kit de Cinta de Transporte2. Motor3. Encoder4. Potenciómetro CPL5. Soporte Cojinete6. Placa D417. Placa D428. Memoria Firmware9. Placa D3110. Placa D5111. Conversor de Frecuencia12. Potenciómetro Columna13. Potenciómetro I.I.14. Computadora para Estación de Trabajo15. Llave electrónica USB para Estacion de Trabajo16. Mantenimiento Preventivo segun protocolo del fabricante.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2012
Ver Adenda a ser publicada		

Consulta 2 - Lote 2 - ítem 1: Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de rayos marca Siemens.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
<p>Deseamos hacer notar que la lista de repuestos de las Especificaciones Técnicas no corresponde al equipo de rayos x Axiom Iconos MD.</p> <p>Sugerimos que este listado sea modificado por los siguientes repuestos que sí son necesarios ser sustituidos en este equipo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kit de Cinta de Transporte 2. Motor 3. Encoder 4. Potenciómetro CPL 5. Soporte Cojinete 6. Placa D41 7. Placa D42 8. Memoria Firmware 9. Placa D31 10. Placa D51 11. Conversor de Frecuencia 12. Potenciómetro Columna 13. Potenciómetro I.I. 14. Computadora para Estación de Trabajo 15. Llave electrónica USB para Estacion de Trabajo 16. Mantenimiento Preventivo segun protocolo del fabricante. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2012
Ver adenda a ser publicada		

Consulta 3 - Lote 2 - ítem 1: Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de rayos marca Siemens.

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
<p>Solicitamos por favor que para todos los repuestos sustituidos en el Lote 2 Equipo de rayos x SIEMENS, sea devuelta a la empresa todas las piezas dañadas y sustituidas, de modo que la misma sea devuelta a fábrica. De esta manera el costo de los repuestos es menor, por lo que evitará incremento innecesario de los precios de repuestos ofertados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2012
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 4 - Preparacion y Presentacion de Carpeta de Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
<p>Solicitamos por favor aclarar en cuantas copias debemos presentar la oferta una vez finalizada la Subasta.</p> <p>Deben ser presentación del Original y una Copia??</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2012
<p>En las Instrucciones a los Oferentes estándar publicadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en su punto 13. Presentación de los documentos ante la Convocante, 13.1: se establece: El oferente preparará un original de los documentos que comprenden la oferta de acuerdo al Anexo I de la Sección VII y lo marcará claramente como ORIGINAL. Además, EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR DOS COPIAS DE LA OFERTA Y MARCAR CLARAMENTE CADA EJEMPLAR COMO COPIA.-</p>		

Consulta 5 - Preparacion y Presentacion de Carpeta de Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2012
----------	-------------------	------------

Es necesario incluir copia impresa del Pliego de Bases y Condiciones en la Carpeta de Oferta? Por favor aclarar!!

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2012
-----------	--------------------	------------

Entre las documentaciones a ser presentadas no figura la copia impresa del Pliego de Bases y condiciones, por lo que no es necesaria su presentación.