

Consultas Realizadas

Licitación 244725 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE KINESIOLOGIA Y FISIOTERAPIA PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS

Consulta 1 - LOTE 14

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2012
Tijera Curva de 36 Cm compatible con bisturi armonico de la línea ETHICON CANTIDAD: 1		
Favor confirmar si la cantidad solicitada es 1 (una) unidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-11-2012
La cantidad solicitada es 1 (uno) unidad		

Consulta 2 - Consulta Lote 4 y Lote 11

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
<p>Solicitamos a la Convocante realizar una mejor distribución de los lotes, atendiendo las características similares entre ítems que compenen los lotes.</p> <p>Tal es así que en Lote 5 Solicitan 1 Tabla de Alzado, 2 Caja de Traumatología y Ortopedia para Cadera, 3 Caja de Traumatología y Ortopedia para Rodilla, 4 Caja de Traumatología y Ortopedia para Rodilla, 5 Mesa de procedimiento, 6 Tubo tutor, 7 Taladro Traumatológico.</p> <p>Mientras en el Lote 11 se solicita: 1 Tutores Externos, 2 Tutores Externos, 3 Tutores Externos y 4 Artrosocpio de cadera y muñeca.</p> <p>Atendiendo a lo solicitado, rogamos a la Convocante redistribuir estos ítems principalmente Lote 5 ítem 1,5 y 6 que tienen correlación con lo solicitado en el lote 11 ítem 1, 2, y 3, que pueden ser ofertados en su conjunto.</p> <p>Mientras en el Lote 5 Se puede incluir lo solicitado en el Lote 11 ítem 4 ya guarda similitud con todos los demás bienes solicitados en el Lote 5.</p> <p>Realizamos esta petición atendiendo que existen proveedores especializados en áreas específicas y se dedican a ello exclusivamente.</p> <p>Además realizando esta modificación la convocante permitiría una mayor cantidad de oferentes, garantizado la libre competencia que establece la Ley 2051/03 y no restringiendo el llamado a uno o dos potenciales oferentes que importan todo tipo de bienes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 3 - Lote 13

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
<p>Solicitamos a la convocante excluir de este Lote el Ítem 3 teniendo en cuenta que es un bien totalmete diferente a lo solicitado en los Ítems 1 y 2</p> <p>Realizamos esta petición atendiendo que existen proveedores especializados en áreas específicas y se dedican a ello exclusivamente.</p> <p>Además realizando esta modificación la convocante permitiría una mayor cantidad de oferentes, garantizado la libre competencia que establece la Ley 2051/03 y no restringiendo el llamado a potenciales oferentes que importan todo tipo de bienes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones</p>		

Consulta 4 - Lote 5 Ítem 2, 3 y 4

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
<p>Podrían otorgar una variación de +-5cm para la caja y +-2cm para los instrumentales que la componen</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones</p>		

Consulta 5 - En lote 10, Ítem 1, 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
<p>Podrían otorgar una variación de +-5cm para la caja y +-2cm para los instrumentales que la componen</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones</p>		

Consulta 6 - En Lote 11, Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
<p>Podrían otorgar una variación de +-5cm para la caja y +-2cm para los instrumentales que la componen</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones</p>		

Consulta 7 - En el lote 11, Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
<p>*Se puede cotizar con lente de 4mm, 70º, longitud 180cm?</p> <p>*Se puede cotizar con lente de 2.7mm, 30º, longitud 180cm?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones</p>		

Consulta 8 - En el lote 11, Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
El mango del Shaver puede ser hasta 15.000RPM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 9 - En el lote 11, Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
Se puede cotizar con una variación de +-0.5mm en las cucillas y +-2cm en la longitud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 10 - En el Lote 13, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
Se puede cotizar con campo de visión de 110°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
los rangos establecidos son rangos mínimos de referencia, por tanto medidas superiores serán aceptadas		

Consulta 11 - En el Lote 13, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
Profundidad de campo de 2-200mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
los rangos establecidos son mínimos, rangos superiores serán consideradas.		

Consulta 12 - En el Lote 13, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
Se puede cotizar Angulación hacia abajo: 100°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.		

Consulta 13 - En el Lote 13, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
Se puede cotizar con profundidad de campo: 2-200mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
los rangos establecidos son mínimos, rangos superiores serán consideradas		

Consulta 14 - En el Lote 13, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
----------	-------------------	------------

Se puede cotizar con canal de trabajo de 2.3mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
-----------	--------------------	------------

los rangos establecidos son mínimos, rangos superiores serán consideradas

Consulta 15 - En el Lote 13, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
----------	-------------------	------------

Se pude cotizar con una longitud útil de 540mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
-----------	--------------------	------------

estese a lo establecido en el pbc

Consulta 16 - En el Lote 13, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
----------	-------------------	------------

Se puede cotizar con una fuente de luz 100% portátil, con lámpara LED de más de 50.000 lux de potencia, posibilidad de recarga a través de una estación de carga.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
-----------	--------------------	------------

sera considerada la propuesta de fuente de luz 100% portátil, con lámpara LED de más de 50.000 lux de potencia, posibilidad de recarga a través de una estación de carga.

Consulta 17 - En el Lote 13, Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
----------	-------------------	------------

Se puede cotizar con profundidad de campo: 2-200mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
-----------	--------------------	------------

los rangos establecidos son mínimos, rangos superiores serán consideradas

Consulta 18 - En el Lote 13, Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
----------	-------------------	------------

Se puede cotizar con angulación hacia arriba: 180º y hacia abajo de 100º

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
-----------	--------------------	------------

estese a lo establecido en el pbc

Consulta 19 - En el Lote 13, Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
----------	-------------------	------------

Se puede cotizar con canal de trabajo de 1.5mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
-----------	--------------------	------------

los rangos establecidos son mínimos, rangos superiores serán consideradas

Consulta 20 - En el Lote 13, Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
Se puede cotizar con una fuente de luz 100% portátil, con lámpara LED de más de 50.000 lux de potencia, posibilidad de recarga a través de una estación de carga.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
sera considerada la propuesta de fuente de luz 100% portátil, con lámpara LED de más de 50.000 lux de potencia, posibilidad de recarga a través de una estación de carga.		

Consulta 21 - Seccion I: 1.10.1

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
Donde dice: Sistema de Adjudicación por Lote		
Consultamos si se puede considerar el sistema de Adjudicación por Item, a fin de permitir la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 22 - En el Lote 3, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2012
Se puede cotizar con cuchillas reutilizables? La pantalla puede ser de 2.4" La bateria interna puede ser de Litio Ion recargables, mejores que las pilas alkalina La pantalla debe ser giratoria?		
Solicitamos permitir cotizar el Laringoscopio con estas carecterísticas atendiendo a que cumple con las mismas funciones que lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
sera considerada propuesta con cuchillas desechables, pantalla como minimo de 2.4", bateria interna de Litio Ion recargables, pantalla giratoria		

Consulta 23 - Lote 4 item 2181706-001 Monitor cardiaco

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
En el lote 4 item 2181706-001 Monitor cardiaco donde piden Accesorios de la misma marca del equipo, solicitamos acepten accesorios originales del proveedor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 24 - Lote 4 ítem 2181706-001 Monitor cardiaco

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
2. En el lote 4 ítem 2181706-001 Monitor cardiaco donde dice Resolucion 800x600 ppp, solicitamos poder cotizar equipos con una resolución de pantalla de por lo menos 640 x 480		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 25 - Lote 4 ítem 2181706-001 Monitor cardiaco

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
En el lote 4 ítem 2181706-001 Monitor cardiaco donde dice formas de onda: 6 ondas gráficas de signos vitales como mínimo, solicitamos poder cotizar equipos con 4 ondas graficas de signos vitales como minimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 26 - Lote 4 ítem 2181706-001 Monitor cardiaco

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
En el lote 4 ítem 2181706-001 Monitor cardiaco donde dice Analisis de segmento ST, solicitamos que esta característica sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 27 - Lote 4 ítem 2181706-001 Monitor cardiaco

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
En el lote 4 ítem 2181706-002 Monitor cardiaco donde dice Formas de onda: 7 (siete) ondas gráficas de signos vitales como mínimo, solicitamos poder cotizar equipos con 4(cuatro) ondas graficas de signos vitales como minimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 28 - Lote 4 ítem 2181706-001 Monitor cardiaco

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
En el lote 4 ítem 2181706-002 Monitor cardiaco donde dice Medicion de 12 (doce) derivaciones como mínimo, solicitamos poder ofertar equipos con medición de 5 derivaciones como minimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 29 - Lote 4 ítem 2181706-001 Monitor cardiaco

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
En el lote 4 ítem 2181706-002 Monitor cardiaco donde dice Gasto Cardiaco, solicitamos se elimine ya que los equipos se utilizaran en el area de urgencias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 30 - Lote 4 ítem 2181706-001 Monitor cardiaco

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
7. En el lote 4 ítem 2181706-002 Monitor cardiaco donde dice Gasto Cardiaco, solicitamos se elimine ya que los equipos se utilizaran en el area de urgencias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 31 - Lote 4 ítem 2181706-001 Monitor cardiaco

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
En el lote 4 ítem 2181706-002 Monitor cardiaco donde piden Accesorios de la misma marca del equipo, solicitamos acepten accesorios originales del proveedor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 32 - Lote 8 ? 2 Ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
En el ítem 2 del Lote 8, donde dice ?PESO: 4 Kg o menor?, solicitamos que se puedan ofertar equipos con rango de peso de 4 a 5,5kg incluida la batería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
se consideran equipos de rango se pesos como mínimo de 4 a 5.5 kg. incluida la batería.		

Consulta 33 - Lote 8 ? 2 Ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
En el ítem 2 del Lote 8, favor aclarar si se requiere que el equipo cuente con al menos 8.448 canales de procesamiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 34 - Lote 8 ? 2 Ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Favor aclara si el equipo deberá contar con posibilidad de almacenamiento y posterior revisión de imágenes estáticas y dinámicas, en disco duro interno con disco duro de al menos 80GB.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 35 - Lote 8 ? 2 Ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Se recomienda solicitar software de eliminación de speckle para mejorar la resolución de los tejidos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 36 - Lote 8 ? 2 Ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Se podrán ofertar equipos con profundidad máxima de al menos 30cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 37 - Lote 8 ? 2 Ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Se podrán oferta equipos con batería con autonomía de por lo menos 1 hr, considerando que la autonomía de 4hr corresponde a la especificación de una marca en particular y no es una medida común a la mayoría de las marcas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 38 - Lote 8 ? 2 Ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Favor aclarar si se requiere de modos doppler tisular color y espectral, considerando las aplicaciones cardiológicas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 39 - Lote 8 ? 2 Ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
-----------------	--------------------------	------------

Favor aclarar si se requiere que el sistema permita realizar estudios doppler con HPRF

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
------------------	---------------------------	------------

estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones

Consulta 40 - Lote 8 ? 2 Ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice ?Frecuencia de cuadros de la unidad de 150 Hz de adquisición?, se recomienda ampliar la frecuencia de cuadros mínima a por lo menos 700Hz, de manera que se puedan adquirir señales de alta velocidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
------------------	---------------------------	------------

los rangos establecidos son mínimos, rangos superiores serán consideradas

Consulta 41 - Lote 8 ? 2 Ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice ?Transductores multifrecuenciales de banda ancha de peso ligero con conectores sin pines?, favor eliminar la característica de conectores sin pines, ya que pertenece a las especificaciones de una marca en particular.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
------------------	---------------------------	------------

se considerara transductores multifrecuenciales de banda ancha con sistema de contacto a presion

Consulta 42 - Lote 8 ? 2 Ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
-----------------	--------------------------	------------

El sistema deberá contar con el modo Comparar Color/2D?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
------------------	---------------------------	------------

estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones

Consulta 43 - Lote 8 ? 2 Ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice ?3 años de garantía de fábrica?, recomendamos solicitar al menos 1 año de garantía de fábrica, incluidos los repuestos. Además, incluir 24 meses de mantenimiento preventivo, a partir de la fecha del Acta de recepción de definitiva.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
------------------	---------------------------	------------

estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones

Consulta 44 - Lote 8 ? 2 Ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice ?Transductor Phased array, de banda ancha de 5 a 1 Mhz?, solicitamos aclarar si se requiere Transductor Phased array, de banda ancha de 4 a 2 Mhz para aplicaciones en cardiología adulto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 45 - Lote 8 ? 2 Ecocardiografo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice ?Transductor Phased array, de banda ancha de 4 a 8 Mhz?, solicitamos aclarar si se requiere Transductor Phased array, de banda ancha de 3 a 8 Mhz para aplicaciones en cardiología adulto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 46 - Lote 8 ? 3 Ecógrafo Multipropósito

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice ?Rango dinámico de al menos 200dB?, solicitamos que se puedan ofertar equipos con Rango Dinámico de al menos 170 dB para dar mayor participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 47 - Lote 8 ? 3 Ecógrafo Multipropósito

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Recomendamos solicitar frame rate (velocidad de cuadros) de al menos 1000 cuadros/seg, para estudios en doppler de alta velocidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 48 - Lote 8 ? 3 Ecógrafo Multipropósito

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Recomendamos solicitar al menos 32.768 canales de procesamiento, para obtener mejor performance del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 49 - Lote 8 ? 3 Ecógrafo Multipropósito

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice ?Posibilidad de admitir transductores electrónicos lineales, convexos, endocavitarios, convexo volumétrico?? solicitamos eliminar la posibilidad de transductores convexo volumétrico, considerando que no solicitan funciones de adquisición 3D/4D y esto encarece el precio del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 50 - Lote 8 ? 3 Ecógrafo Multipropósito

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice ?Transductor endocavitario para??, solicitamos que se pueda ofertar transductor endocavitario con rango de 4 a 8 MHz y con ángulo de exploración de al menos 135º		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 51 - Lote 8 ? 3 Ecógrafo Multipropósito

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice ?Transductor Lineal para??, solicitamos que se pueda ofertar transductor lineal con rango de 4 a 12 MHz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 52 - Lote 8 ? 4 Ecógrafo Portátil Doppler Color

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice DICOM 3.0(incluir), solicitamos que esta función sea opcional, ya que encarece el costo del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 53 - Lote 8 ? 4 Ecógrafo Portátil Doppler Color

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
En los modos de imagen, favor eliminar la frase ?recepción de Quad-haz? ya que corresponde a la especificación de una marca en particular.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
se considerara oferta con sistema de imagen Doppler Color y Power Doppler		

Consulta 54 - Lote 8 ? 4 Ecógrafo Portátil Doppler Color

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
En los modos de imagen, solicitamos que la función de inversión de pulso sea opcional, ya que es una función que encarece el costo del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 55 - Lote 8 ? 4 Ecógrafo Portátil Doppler Color

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
En los transductores, favor aclara si se requiere que en la Sonda de tipo curva la frecuencia de trabajo sea de 2 a 5MHz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 56 - Lote 8 ? 4 Ecógrafo Portátil Doppler Color

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
En los transductores, favor aclara si se requiere que en la Sonda de tipo curva la frecuencia de trabajo sea de 4 a 12 MHz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 57 - Lote 8 ? 4 Ecógrafo Portátil Doppler Color

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Recomendamos solicitar frame rate (velocidad de cuadros) de al menos 1000 cuadros/seg, para estudios en doppler de alta velocidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 58 - Lote 8 ? 4 Ecógrafo Portátil Doppler Color

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Recomendamos solicitar al menos 32.768 canales de procesamiento, para obtener mejor performance del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 59 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde solicitan; ?Deberá poseer un mezclador electrónico de gases que permita al usuario seleccionar el % de O2 y el flujo total de gases frescos, sin necesidad de ajustar cada gas por separado?. Solicitamos que permitan cotizar equipos con mezclador mecánico de gases.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 60 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde solicitan; ?El dispositivo debe poseer una salida de gas auxiliar exclusiva para conectar un sistema tipo bain?. Solicitamos que la salida de gas auxiliar no sea exclusiva, para permitir mayor participación de oferentes, y no tiene ninguna ventaja especial contar con esta especificación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 61 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde solicitan; ?Canister transparente reusable que permita la visualización de la cal sodada en su interior. Debe ser esterilizable y con capacidad minima de 800 g. y máxima de 1000g. Solicitamos que permitan cotizar Canister con capacidad de entre 700 g. y máxima de 1300 para permitir mayor participación, ya que cada fabricante cuenta con diferentes normas técnicas de calidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 62 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde solicitan Canister, Cantidad: 2 (dos) unidades, solicitamos la aclaración, son dos unidades operando en el equipo, o una en el equipo y una de backup.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
lo solicitado son dos unidades una en el equipo y una de backup.		

Consulta 63 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde solicitan, ?Válvula de sobrepresion(APL), ajustable de 0,8 a 70 cm de H2O, para liberación de gases sobrantes? solicitamos permitan cotizar equipos con ?Válvula de sobrepresion(APL), ajustable de 0,8 a 60 cm de H2O?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 64 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
----------	-------------------	------------

Donde solicitan, ¿Debe tener salida auxiliar de gases frescos, esta salida debe ser exclusiva?, insistimos Solicitamos que la salida de gas auxiliar no sea exclusiva, para permitir mayor participación de oferentes, y no tiene ninguna ventaja especial contar con esta especificación .

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
-----------	--------------------	------------

estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones

Consulta 65 - LOTE 4 MONITORES MULTIPARAMETRICOS

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
----------	-------------------	------------

Lote 4. Item 1.

1. Donde dice: Resolución: 800x600 ppp o mayor; se solicita poder cotizar monitores multiparamétricos con resolución de Resolución: 640 x 480 ppp, posibilitando participar a otros equipos de diversos fabricantes.

Lote 4. Item 3.

1. Donde dice: Peso: 5 Kg, se solicita poder cotizar monitores multiparamétricos con peso de hasta 5,5 Kg, ya que se considera un rango aceptable.

2. Donde dice: Tiempo de duración (referente a la batería) de 2 horas, se solicita poder cotizar monitores multiparamétricos con una duración de operación con batería de 180 minutos en adelante, posibilitando así participar a diversos fabricantes.

3. Donde dice: Bateria recargable 12V ? 2Ah, se solicita poder cotizar equipos médicos con batería cuya capacidad sea de 8,4 V; 7,0 A/h, siendo esta característica propia de cada representante.

4. Donde dice: Cable con conector multiparamétrico que aglutina: ECG (3 vías), Respiración, SaO2, Temperatura; reduciendo, el número de cables en el entorno del paciente, se solicita poder cotizar cables separados para cada conector, ya que un conector multiparamétrico sería algo propio de fabricante, por tanto se pide cotizar un cable por cada parámetro.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
-----------	--------------------	------------

se considerara lo solicitado en la consulta

Consulta 66 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
----------	-------------------	------------

Donde dice ¿Debe contar con botón para la descarga de oxígeno al 100%? solicitamos que esta opción sea opcional, ya que corresponde a una marca en particular.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
-----------	--------------------	------------

estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones

Consulta 67 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice Debe contar con sensores de flujo de orificio variable tanto en rama inspiratoria como exhalatoria que no se vean afectados por la humedad sobre todo en el uso a bajos flujos con posibilidad de intercambiarse. Solicitamos que esta opción sea opcional, ya este tipo de circuito corresponde a una marca en particular.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 68 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde solicitan ?El volumen del circuito respiratorio debe ser de no más de 3.7 Litros incluyendo el volumen del canister y volumen de bolsa (solo para sistemas desacoplados, considerar 2.5L) para obtener una rápida impregnación del agente anestésico y mejores velocidades de respuesta ante cambios en la configuración de la concentración del agente?. Esta especificación limita la participación por lo que solicitamos permitan establecer como sigue: ?El volumen del circuito respiratorio debe ser de no más de 3.7 Litros incluyendo el volumen del canister y volumen de bolsa (solo para sistemas desacoplados, considerar 2.5L) para obtener una rápida impregnación del agente anestésico y mejores velocidades de respuesta ante cambios en la configuración de la concentración del agente o deberá contar con compensación automática de complianza (espacio muerto)? ya que con esta especificación se logran los mismos resultados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 69 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice: ?Debe contar con sistema de provisión de gases de solenoides proporcionales? solicitamos que esta especificación sea opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 70 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice: ?Con medición y aplicación de los parámetros respiratorios en pantalla LCD COLOR mayor de 12 pulgadas como mínimo, donde se representen los valores monitoreados y se realice la configuración de los parámetros ventilatorios? solicitamos que permitan cotizar ventilador con pantalla de 8 pulgadas del tipo touchscreen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 71 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
<p>Con relación al siguiente punto ¿La pantalla debe tener capacidad de rotación de 360 grados, deberá mostrar curvas de presión, flujo, Co2 y Espirometría? solicitamos que la rotación de 360 grados sea opcional ya que no mejora en nada esta especificación solo reduce la participación. Por otra parte solicitamos que CO2 se pueda mostrar en el monitor que se cotizar con la máquina de anestesia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones</p>		

Consulta 72 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
<p>Donde solicitan ¿Mezclador electrónico de gases?, Solicitamos que permitan cotizar equipos con mezclador mecánico de gases para un mayor participación. Donde solicitan ¿Calculo de consumo de agentes anestésicos y almacenamiento de los últimos tres casos? solicitamos que esto sea realizado por el Analizador de Gases cotizado con la máquina de anestesia, no en el ventilador?.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones</p>		

Consulta 73 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
<p>Donde dice: ¿Deberá poseer en forma integrada en el mismo display monitoreo de gases respiratorios CO2, O2 y N2O, agentes anestésicos (Halotano, Isoflurano, Enflurano, Sevoflurano, Desflurano) y espirometría de flujo lateral?. Esto es exclusivo de una marca, solicitamos que esto sea monitoreado en el Analizador de Gases cotizado con la máquina de anestesia</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones</p>		

Consulta 74 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
<p>Donde solicitan ¿Debe contar con estado de Bypass Cardiaco que permita ventilar en modo VCV a pacientes con oxigenación extracorpórea sin que suenen las alarmas?. Solicitamos que este punto sea opcional, ya que corresponde a las características de un equipo en particular.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones</p>		

Consulta 75 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
<p>Donde dice: Control para ajuste de volumen de 20 ml (o menor) a 1500 ml (o mayor). Solicitamos que sean valores referenciales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones</p>		

Consulta 76 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Control de frecuencia respiratoria de 4 rpm(o menor) a 100 rpm(o mayor). Solicitamos que estos valores sean referenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 77 - LOTE 4 ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
<p>Donde dice: "Pantalla a color de mínimo 19 pulgadas, color TFT LCD. Resolución minima de 1024x768 pixeles." CONSULTA: Solicitamos poder cotizar Monitor Multiparametrico con pantalla color de 15 pulgadas o mas.</p> <p>Donde dice: "Frecuencia Respiratoria a través de cable ECG (método de impedancia) y a través de las vias aéreas mediante la capnografía (1 a 200rpm)" CONSULTA: Solicitamos poder cotizar Monitor Multiparametrico con medicion de Frecuencia respiratoria a traves de las vias aereas mediante la capnografía en el rango de 4 a 60 rpm.</p> <p>"Medición de presión sanguínea no invasiva (10 a 290mmHg)." CONSULTA: Solicitamos poder cotizar Monitor Multiparametrico con medicion de presion sanguinea no invasiva en el rango de 15 a 260mmHg</p> <p>Donde dice: "Al menos dos canales de medición de presión invasiva (98 a 349mmHg)." CONSULTA: Solicitamos poder cotizar Monitor Multiparametrico con medicion de presion invasiva en el rango de -40 a 320mmHg</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
se considerara la oferta		

Consulta 78 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
<p>Donde dice: ?Flujo inspiratorio: 120 LPM o mayor? solicitamos permitan cotizar equipos con 70LPM. Disparo inspiratorio por flujo de 0,2 a 10 L/min. Solicitamos que estos valores sean referenciales. Alarmas:Presion baja:(4cmH2O/PEEP). presión alta:(12 a 100cmH2O/PEEP)., Volumen minuto bajo: (0 a 10 litros/min) Volumen minuto alto:(0 a 30 litros/min),Frecuencia respiratoria baja/alta, Concentración de Oxígeno (FIO2) bajo: (18 a 100%), Concentración de Oxígeno (FIO2) alto:(19 a 100%). Alarmas de bajo suministro de Oxigeno de la red o cilindros.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 79 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde solicitan ?El módulo de gases, agentes y espirometría deberá formar parte de la máquina. Solicitamos que este punto sea opcional ya que corresponde a las especificaciones de una marca en particular?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 80 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde solicitan ?El módulo de gases, agentes y espirometría deberá formar parte de la máquina. Solicitamos que este punto sea opcional ya que corresponde a las especificaciones de una marca en particular?.		
Solicitamos que a partir de este punto ?Se deberá mostrar los siguientes parámetros monitorizados en la misma pantalla integrada a la máquina de anestesia, no se aceptará un monitor independiente de la misma para estos parámetros: CO2 y N2O inspirados y espirados. Tecnología de flujo lateral. Oxígeno inspirado, espirado y la diferencia (oxígeno de paciente) Detección automática de Agentes anestésicos: Halotano, Isoflurano, Enflurano, Sevoflurano, Desflurano. (Inspirado y espirado). Valor de la CAM. Presión Inspiratoria Pico, Presión Media, Peep, Plateau Frecuencia respiratoria total Volumen corriente inspirado y espirado Volumen minuto inspirado y espirado Flujo inspirado y espirado Compliancia Pulmonar Lazos de presión-volumen, flujo- volumen y presión- flujo. Capacidad de almacenaje de hasta 6 lazos para compararlos. Curvas de Presión, Flujo y Volumen en Vía Aérea. Curva de CO2 y Oxígeno Curva de co2 configurable en escala de tiempo Con curva y tendencia de EtCO2, hasta este punto?.		
Solicitamos se puedan monitorizar estos puntos, o en el monitor o en el ventilador o en el analizador de gases, ya que no otorga ninguna ventaja que todos tengan que monitorizarse en un solo equipo más que solo dirigir a una marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 81 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice: Batería para el ventilador con duración de 45 min o más. Solicitamos se puedan cotizar equipos con batería de 30 minutos como máximo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 82 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
----------	-------------------	------------

Donde dice: Debe usar vaporizadores electrónicos que permitan alta precisión en el suministro de agente anestésico y la posibilidad de medir en tiempo real el consumo de agentes anestésicos. Solicitamos que permitan cotizar vaporizadores no electrónicos para una mayor participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
-----------	--------------------	------------

estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones

Consulta 83 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
----------	-------------------	------------

Donde dice: Debe usar vaporizadores electrónicos que permitan alta precisión en el suministro de agente anestésico y la posibilidad de medir en tiempo real el consumo de agentes anestésicos. Solicitamos que permitan cotizar vaporizadores no electrónicos para una mayor participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
-----------	--------------------	------------

estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones

Consulta 84 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
----------	-------------------	------------

Monitor Multiparametrico
 Donde dice: Pantalla a color de mínimo 19 pulgadas, color TFT LCD. Resolución mínima de 1024x768 pixeles. Solicitamos poder cotizar monitores de mínimo 10 pulgadas con resolución de 600x800 como mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
-----------	--------------------	------------

se considerara oferta de pantalla a color como mínimo 15 pulgadas

Consulta 85 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
----------	-------------------	------------

Monitor multiparamétrico
 Donde solicitan Batería de 1(una) hora de duración como mínimo. Creemos recomendable exigir batería de 2 horas de duración como mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
-----------	--------------------	------------

los rangos establecidos son mínimos, rangos superiores serán consideradas

Consulta 86 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
<p>Monitor multiparamétrico Donde dice: Electrocardiografía (ECG) con visualización de frecuencia cardiaca, detección de desniveles de ST y capacidad de seleccionar 07 derivaciones como mínimo, solicitamos que se puedan cotizar equipos con hasta 5 derivaciones.</p> <p>Frecuencia Respiratoria a través de cable ECG (método de impedancia) y a través de las vías aéreas mediante la capnografía (1 a 200rpm) Solicitamos que los parámetros sean referenciales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones</p>		

Consulta 87 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
<p>Monitor multiparamétrico Medición de presión sanguínea no invasiva (10 a 290mmHg). Solicitamos que estos valores sean referenciales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>los rangos establecidos son mínimos, rangos superiores serán consideradas</p>		

Consulta 88 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
<p>Monitor multiparamétrico Al menos dos canales de medición de presión invasiva (98 a 349mmHg). Solicitamos se pueda cotizar con un canal de previsión invasiva y que los parámetros sean referenciales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones</p>		

Consulta 89 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
<p>Monitor multiparamétrico Presión Sanguinea Invasiva (IBP), con capacidad de medir a través de cuatro canales como mínimo, solicitamos que este punto sea opcional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>se considerara oferta como mínimo de 2 canales</p>		

Consulta 90 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Monitor multiparamétrico Temperatura, con capacidad de medir a través de dos canales como mínimo (0 a 45 grados C). Solicitamos que los parámetros sean referenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 91 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde solicitan lo siguiente: Concentración de Dióxido de Carbono Espirado (ETCO2) e Inspirado, con visualización del Capnograma Concentración de Oxígeno Inspirado y Espirado Concentración de Óxido Nitroso Inspirado y Espirado Concentración de Agente Anestésico Inspirado y Espirado, con capacidad de mostrar la concentración de Halothano, Isoflurano, Sevoflurano y Desflurano como mínimo e identificación automática de Agente Anestésico Solicitamos que estos puntos sean opcionales, estos parámetros encarecen en demasía el equipo, y no otorga datos relevantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 92 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice: Medición de Entropía, solicitamos sea opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 93 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
<p>Donde solicitan los siguientes puntos: Medición de Concentración Alveolar Mínima (CAM) Medición de SPI-Índice Plestimografico Quirúrgico Medición de Transmisión neuromuscular completo con sensor. Monitor de Anestesia Profunda (índice Biespectral). Tendencias (Graficas y Valores Numéricos) Alarmas audiovisuales de todos los parámetros monitorizados Impresora incorporada en el Monitor o en la Maquina de Anestesia de la misma marca</p> <p>Solicitamos que sean opcionales, estos parámetros encarecen en demasía el equipo, y no otorga datos relevantes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones</p>		

Consulta 94 - LOTE 4 MAQUINA DE ANESTESIA

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
<p>Donde dice: Accesorios, Sensor de flujo reutilizable (si el equipo así lo requiere), solicitamos que sea reutilizable en todos los casos, todos los equipo requieren de sensores de flujo, no se comprende que diga si el equipo así lo requiere.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>en todos los casos deben ser reutilizables</p>		

Consulta 95 - Lote 4, Item1,2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
<p>Solicitamos permita ofertar equipos con peso de hasta 7 kg</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones</p>		

Consulta 96 - Lote 4, Item1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
<p>Donde dice Frecuencia respiratoria: 0-200rpm solicitamos permita ofertar equipos con frecuencia respiratoria de 4 a 150 rpm</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
<p>estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones</p>		

Consulta 97 - Lote 4, Item1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Presión Invasiva solicitamos permitir ofertar equipos con rangos de medición en pacientes pediátricos de la siguiente manera: Sistólica (30-200), Diastólica(10-175) y Media (20-185)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 98 - LOTE 8 - Item 1 Ventilador pulmonar de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice pantalla gráfica táctil incorporada o externa, pantalla LCD de 15", se podrá cotizar pantalla táctil de 10"?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 99 - LOTE 8 - Item 1 Ventilador pulmonar de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice: Inclinación / barra ascenso ajustable 1-19, o ajustable automáticamente, se podrán cotizar equipos ajustables manualmente 1-9?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 100 - LOTE 8 - Item 1 Ventilador pulmonar de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice selección de paciente neonatal, pediátrico y adulto, considerando que los mismos serán instalados en el Hospital de Clínicas y no en el Centro Materno Infantil, solicitamos que la selección de tipo de paciente neonatal sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
en la actualidad con el traslado del hospital de clínicas en el campus se convierte en un solo hospital, por tanto el equipo deberá estar preparado.		

Consulta 101 - LOTE 8 - Item 1 Ventilador pulmonar de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice: Volumen tidal de 5 a 1000 (neonatal / pediátrico), solicitamos que esta especificación sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 102 - Lote 4, Item1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice Número de segundo por trazo solicitamos permitir ofertar equipos con velocidad de barrido a partir de 6.25 mm/s		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
los rangos establecidos son mínimos, rangos superiores serán consideradas		

Consulta 103 - LOTE 8 - Item 1 Ventilador pulmonar de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice: Volumen tidal de 100 a 3000 ml (adulto), solicitamos se permitan ofertar equipos con volumen tidal de 20 a 2000ml (adulto)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 104 - LOTE 8 - Item 1 Ventilador pulmonar de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice tiempo inspiratorio desde 0,1 hasta 0,5 segundos, solicitamos sea modificado a 0,3 a 10 segundos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
los rangos establecidos son mínimos, rangos superiores serán consideradas		

Consulta 105 - LOTE 8 - Item 1 Ventilador pulmonar de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice: Sensibilidad P-Presión desde 0 hasta 5, solicitamos que esta especificación sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 106 - LOTE 8 - Item 1 Ventilador pulmonar de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice: PV maniobra, solicitamos que esta especificación sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
estese a lo establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 107 - LOTE 8 - Item 1 Ventilador pulmonar de alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Solicitamos incorporar las siguientes especificaciones, de manera a dar una mejor performance al equipo: Compresor o turbina incorporada Bateria de al menos 2 horas de duración 3 Juegos completos de circuitos autoclavables para pacientes adultos/pediatricos y que los mismos no sean exclusivos del ventilador, de manera a que puedan ser adquiridos localmente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
los rangos establecidos son mínimos, rangos superiores serán consideradas		

Consulta 108 - Lote 4, Item1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2012
Donde dice Presión Invasiva, Sitios del Transductor solicitamos ofertar equipos que permitan medir en: Arterial, arteria pulmonar, venosa central e intracraneal		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2012
los rangos establecidos son mínimos, rangos superiores serán consideradas		