

Consultas Realizadas

Licitación 245018 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA AMBULANCIA

Consulta 1 - Item N° 20 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
1-Donde dice "Monitor modular con pantalla de 10" como mínimo, La pantalla debe ser táctil para el mejor manejo de los parámetros		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 2 - Item 2 - Cardidesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
Considerando que solicitan capacidad de monitoreo de SpO2, recomendamos incluir un sensor de SpO2 e/ los accesorios ya que sin este accesorio será no será posible utilizar esta función o favor aclarar si capacidad de monitoreo para SpO2 se refiere a la posibilidad de agregar en el futuro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
SE DEBE COTIZAR CON ACCESORIOS INCLUIDOS		

Consulta 3 - Item N° 20 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
Donde dice " Modo de curva fija 3.125, 6.25 y 12.5 mm/s como mínimo. Consulta: Se aceptarán monitores con modo de curva fija de 6.3, 12.5 , 25 y 50 mm/s		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 4 - Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
Se debe incluir cable ECG?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
DEBE INCLUIR CABLE PARA EGC		

Consulta 5 - Item N° 20 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
Donde dice: " Rango de medición 15 a 300 lpm." Consulta: se aceptaran rango de medición 20 a 300 lpm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 6 - Item 11 - Oxímetro

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
Solicitamos ofertar equipos con peso hasta 375gr incluido batería recargable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 7 - Item 11 - Oxímetro

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
Se pueden ofertar equipos con pantalla monocromática?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
Deben cotizar equipos con pantalla policromatica.		

Consulta 8 - Item 11 - Oxímetro

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
Solicitamos permitir ofertar equipos que permita como mínimo 4 modos de visualización		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 9 - Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
Recomendamos solicitar equipos que permitan el despliegue de al menos 7 curvas a elegir		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 10 - Item N° 20 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
Donde dice: " Rango de medición 0 a 120Rsp/ min o mayor. consulta: Se podrán ofertar Rangos de medición 2-150 Rsp/min.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - ITEM 20 - MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
<p>ITEM 20 - MONITOR MULTIPARAMETRICO</p> <p>Donde dice: Construcción compacta con sistema modular para la determinación de los signos vitales acorde a normas internacionales</p> <p>Sugerimos diga: Monitor Multiparamétrico de tecnología totalmente modular o tecnología de multiconectores inteligentes para pacientes neonatos, pediátricos y adultos.</p> <p>Sugerimos soliciten que los monitores sean totalmente modulares o con tecnología de multiconectores inteligentes que son capaces de soportar cualquier parámetro, y no equipos con parámetros pre-configurados que poseen como opción añadir módulos.</p> <p>El sistema completamente modular tiene la ventaja de que en caso de falla de uno de los parámetros básicos se puede resolver el problema simplemente cambiando el módulo, sin embargo, con estos equipos pre-configurados eso NO se puede realizar, ya que los parámetros básicos (ECG, SpO2, NIBP, Temp) están integrados al monitor.</p> <p>Además la diferencia de precio entre uno y otro sistema es bastante considerable.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - ITEM 20 - MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
<p>ITEM 20 - MONITOR MULTIPARAMETRICO</p> <p>Donde dice: Detección de arritmias básicas</p> <p>Sugerimos incluir en las especificaciones técnicas que el equipo tenga un análisis profundo de arritmias y que detecte por lo menos 22 tipos de morfologías cardíacas, ya que algunos fabricantes sólo cuentan con 5 o 6 tipos de morfologías que prácticamente no pueden ser consideradas como un análisis.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - ITEM 20 - MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
<p>ITEM 20 - MONITOR MULTIPARAMETRICO</p> <p>Donde dice: Batería recargable con duración de 4 horas de uso continuo como mínimo, con cargador interconstruido e indicador de batería</p> <p>Se pueden cotizar equipos con dos baterías recargables de 90 minutos de duración cada una incorporadas al monitor, con cargador interconstruido e indicador de batería independiente en pantalla para cada una?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 14 - Item N° 20 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
Donde dice " BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE 4 HORAS DE USO CONTINUO COMO MÍNIMO CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BATERÍA		
CONSULTA SE PODRAN OFERTAR EQUIPOS CON BATERÍA RECARGABLE DE 3 HORAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 15 - Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
Solicitamos permitir ofertar equipos con rango de medición de temperatura de 4 a 120 rpm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 16 - Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
Recomendamos solicitar que los monitores posean al menos 2 canales de Presión Invasiva		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 17 - Item N° 20 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
Donde dice: Brazales para presión no invasiva reusables tamaño adulto, pediátrico y neonatal 3 (tres de cada uno) Consulta: se aceptara brazales tamaño neonatal descartable, de ser así cuales deberían ser las cantidades?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 18 - Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
Considerando que algunas marcas poseen cable ECG enteros los cuales no necesitan de cable interface ya que son lo suficientemente extensos y se conectan directamente al equipo, solicitamos que en estos casos no sea necesario incluirlos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 19 - Item 20 - Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
----------	-------------------	------------

Solicitamos poder ofertar equipos con capacidad de medir una temperatura o mas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 20 - Item 20 - Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2012
----------	-------------------	------------

Solicitamos que ya que serán equipos para transporte los monitores tengan un soporte para sujetar a la ambulancia y un asa para sujetar a la camilla de transporte originales de fabrica

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2012
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.