

Consultas Realizadas

Licitación 258736 - Adquisición de Equipos de Salud y Laboratorio

Consulta 1 - Items 1 Bomba de Infusión a Jeringa

Consulta	Fecha de Consulta
	06-08-2013
<p>1- Donde dice: Amplio intervalo para seleccionar velocidades de flujos desde muy baja hasta muy alta (desde 0.1 ml./hora hasta 300 ml./hora). Recomendamos la Siguiete modificación: Amplio intervalo para seleccionar velocidades de flujos desde muy baja hasta muy alta (desde 0.01 ml./hora hasta 200 ml./hora en pasos de 0,01 ml/h).</p> <p>El motivo de esta recomendación es que en una bomba de infusión a jeringa, lo importante es que permita el ajuste de bajos flujos de infusión y con la mayor precisión posible.</p> <p>Un valor de flujo constante de 300 mh/h no tiene una aplicación práctica, ya que para una jeringa de 50 ml significaría el vaciado de la misma en 10 minutos. En caso de ser necesaria una tasa alta de infusión, las bombas cuentan con la opción de entregar un bolo de la medicación con una velocidad de 1000 ml/h o superior.</p>	
<p>2- Donde dice: Alta precisión de velocidad de flujo, entre +/- 3 a 5 %.</p> <p>Se recomienda la siguiente modificación: Alta precisión de velocidad de flujo, entre +/- 3% o mejor.</p> <p>Las bombas a jeringa tienen una precisión estándar en torno al 3 %, un valor del 5% corresponde a una bomba volumétrica .</p>	
<p>3- Donde dice: Batería recargable para operación autónoma durante 30 minutos o mayor.</p> <p>Recomendamos que Considerando que las bombas de infusión se utilizan para administrar medicaciones críticas a los pacientes, y que puede ser necesario el traslado intra y extra hospitalario recomendamos solicitar equipos con una mayor autonomía de funcionamiento a baterías. Favor considerar la siguiente modificación: Batería recargable para operación autónoma durante mayor a 5 horas.</p>	
<p>4- Donde dice: Se debe tener en cuenta que, en una sala de terapia con los equipos necesarios para dar el soporte vital a pacientes críticos es importante que los dispositivos médicos utilicen el mejor espacio posible, por lo tanto solicitamos incluir la siguiente característica: Las bombas deberán contar con un sistema de apilamiento que facilite su utilización y transporte.</p>	
<p>5- Donde dice: Para mayor seguridad y evitar cambios accidentales de la programación de las bombas recomendamos incluir la siguiente característica: Función de bloqueo de teclas para evitar cambios accidentales en la programación.</p>	
<p>6- Donde dice: El equipo debe contar con una interfaz de programación fácil de usar por el operador, por lo tanto recomendamos incluir la siguiente especificación: Teclado de fácil uso con palabras referenciales y símbolos alusivos a cada función. Software del equipo en idioma español.</p>	
<p>7- Donde dice: En muchos casos las bombas a jeringas son utilizadas durante el transporte del paciente o en sala son instaladas varias bombas en un mismo porta suero, es por lo tanto importante considerar el peso de las mismas, de manera a facilitar su uso y evitar daños y caídas accidentales de las mismas. Recomendamos incluir la siguiente especificación:</p>	

Peso del equipo no mayor a 2,5kg

Respuesta	Fecha de Respuesta
	16-08-2013
DICE: Amplio intervalo para seleccionar velocidades de flujos desde muy baja hasta muy alta (desde 0.1 ml./hora hasta 300 ml./hora)	
DEBE DECIR: Amplio intervalo para seleccionar velocidades de flujos desde muy baja hasta muy alta (desde 0.1 ml./hora hasta 200 ml./hora como minimo)	
Con relacion a los Puntos 2,3,4,5,6 y 7 ajustarse a las especificaciones tecnicas	

Consulta 2 - Item 15 Procesadora Automática

Consulta	Fecha de Consulta
	07-08-2013
La procesadora que se solicita deberá contar con tanques externos de 25 litros para el revelador y el fijador, para el bombeo automático de los químicos dentro de la procesadora?	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	12-08-2013
AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	

Consulta 3 - Item 15 Procesadora Automática

Consulta	Fecha de Consulta
	07-08-2013
Favor aclarar si la procesadora será utilizada también para el revelado de placas mamográficas. Se podrán ofertar también procesadoras que no estén aprobadas para su uso en mamografía?	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	12-08-2013
AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	

Consulta 4 - Item 15 Procesadora Automática

Consulta	Fecha de Consulta
	07-08-2013
La procesadora podrá ser apoyada en la mesa de trabajo del cuarto oscuro o se deberá proveer una mesa con la procesadora?	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	12-08-2013
AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	

Consulta 5 - Consulta 1 - Plazo de Entrega de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2013
<p>Consulta 1: Página 20 del PBC Plan de Entregas: El oferente tendrá un plazo de hasta 60 (sesenta) días corridos para la entrega de los Bienes adjudicados, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte de la Contratante</p> <p>Solicitamos por favor ampliar el plazo para la entrega de los bienes a 90 (noventa) días corridos para la entrega de los Bienes adjudicados, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte de la Contratante</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2013
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.		

Consulta 6 - Consulta 2 - Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2013
<p>Consulta 2: Página 22 del PBC, dice: CGC 15.1 ANTICIPO: NO APLICA. Solicitamos Pago de Anticipos Financieros de al menos cincuenta por ciento (50%), de acuerdo al artículo 20 de la Ley 2051/03 inciso q) anticipos y, en su caso, el porcentaje y momento en que se otorgará, el cual no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato Nuestra solicitud obedece a fin de evitar cargas financieras, lo cual encarecería innecesariamente la oferta de los potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2013
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS		

Consulta 7 - Consulta 3 - Multas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2013
<p>Consulta 3: Página 22 del PBC - CGC 26.1: El valor de las multas será: del (0,5 %) del valor del suministro en mora, por cada día de atraso.</p> <p>Solicitamos que las multas sean del cero coma cinco por ciento (0,5%) del valor del suministro en mora por cada semana de atraso o fracción mayor a tres días.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2013
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS		

Consulta 8 - Consulta 4 - Plazo para reparar o reemplazar bienes

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2013
<p>Consulta 4: En las CGC 27.5 del PBC dice: El plazo para reparar o reemplazar los bienes será (5) cinco días corridos a partir de la Recepción de la Notificación.</p> <p>Solicitamos por favor establecer un plazo de 30 (treinta) días, para realizar la reparación o reemplazo de los bienes en caso de necesidad de sustitución de repuestos en los mismos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2013
<p>Dice: El plazo para reparar o reemplazar los bienes será (5) cinco días corridos a partir de la Recepción de la Notificación DEBE DECIR: El plazo para reparar o reemplazar los bienes será (30) TREINTA días corridos a partir de la Recepción de la Notificación</p>		

Consulta 9 - Consulta 5 - Especificacion Técnica ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2013
<p>Consulta 5: En las especificaciones técnicas del ítem N° 1 Bomba de infusión a jeringa solicitan: Adaptable a jeringas de 5-10-20-30-50 y 60 ml. Solicitamos que se permita cotizar bombas de infusión a jeringa adaptables a jeringas de 5-10-20-30 y 50 ml.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2013
<p>DICE: Bomba de infusión a jeringa solicitan: Adaptable a jeringas de 5-10-20-30-50 y 60 ml. DEBE DECIR: Bomba de infusión a jeringa solicitan: Adaptable a jeringas de 5-10-20-30 y 50 ml.</p>		

Consulta 10 - Consulta 6 - Especificacion Técnica ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2013
<p>Consulta 6: En las especificaciones técnicas del ítem N° 13 Monitor Multiparamétrico solicitan lo siguiente: Se requiere que el equipo tenga funciones y módulo para medición de la presión no invasiva y por otro lado solicitan entre los accesorios: Un (01) interface para PI que suponemos se trata del cable interface para mediciones de presión invasiva.</p> <p>Favor aclarar si requieren que el monitor tenga la posibilidad a futuro de conectar el módulo para medir presión invasiva y el interface para PI o si requieren que el equipo ofertado ya incluya el módulo para presión invasiva y por lo tanto también el interface para PI.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2013
<p>CONSIDERANDO LAS DIFERENTES CONSULTAS CON RESPECTO AL ÍTEM N° 13, LAS ESPECIFICACIONES DEL MONITOR PODRAN SER PARA MEDICION DE LA PRESION INVASIVA Y NO INVASIVA. POR FAVOR AJUSTARSE A LA ESPECIFICACION DE LA ADENDA. CONSIDERANDO LOS CAMBIOS.</p>		

Consulta 11 - Consulta 7 - Manuales Técnicos

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2013
Consulta 7: Entre los requisitos del ítem 1 Bombas de infusión a jeringa e ítem 13 Monitor multiparamétrico solicitan que los manuales de operación y servicio técnico sean en idioma español. Solicitamos que se acepte los manuales de servicio técnico en inglés.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2013
AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		

Consulta 12 - Ítem N° 13 Monitor Multimetrico

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2013
Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Monitores modulares o preconfigurados (cualquiera de ellos)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2013
DICE: Construcción compacta con sistema modular para la determinación de los signos vitales acorde a normas internacionales. DEBE DECIR: Construcción compacta con sistema modular o preconfigurados para la determinación de los signos vitales acorde a normas internacionales.		

Consulta 13 - ÍTEM N° 12- REGULADOR DE VACIO

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2013
En una parte de la especificaciones técnicas dice: Con conexión Enchufe Rapido para ser usada en la toma de vacío. Solicitamos aclarar si refieren a la conexión tipo DISS (con rosca) o tipo OHMEDA (encastre rapido).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2013
DICE: Con conexión Enchufe Rapido para ser usada en la toma de vacío. DEBE DECIR: 10 Con conexión tipo DISS (con rosca) y 4 con conexión tipo Sistema Frances, para ser usada en la toma de vacío.		

Consulta 14 - ÍTEM N° 03- CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2013
No se solicitan que los productos solicitados cuenten con alguna norma de calidad o registro. Por ende, solicitamos incorporar las siguientes normas: "Construcción acorde a normas de calidad, ISO, CE, FDA, Registro del MIC para productos nacionales".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2013
DEBE DECIR: Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, FDA, Registro del MIC para productos nacionales. Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. POR FAVOR CONSIDERAR LA ADENDA CON LOS CAMBIOS EN LA ESPECIFICACION TECNICA		

Consulta 15 - ITEM N° 03- CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2013
<p>En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Bandeja corrediza superior. Esta bandeja ya es solicitada mas arriba como "Bandeja superior de acero inoxidable", mas abajo tambien solicitan otra "Bandeja con giro de 360º, para la colocación de equipos". Consideramos innecesaria solicitud de esta tercera bandeja pues no se aclara su utilizacion especifica. Por lo expuesto, solicitamos a la convocante omitir este pedido.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2013
<p>AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSIDERANDO LA ADENDA.</p>		

Consulta 16 - ITEM N° 03- CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2013
<p>En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Tabla de madera para desfibrilador. Normalmente se pide tabla acrilica de reanimación. Por lo expuesto solicitamos se incorpore lo siguiente "Acilico o Madera". Quedaría redactado de esta forma. " Tabla de madera o acrilico para desfibrilador."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2013
<p>DICE: Tabla de madera para desfibrilador, DEBE DECIR: Tabla de Acilico o madera para desfibrilador,</p>		

Consulta 17 - ITEM N° 19- Oximetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2013
<p>En las Especificaciones Técnicas observamos que no mencionan algunas características básicas como por ejemplo: Capacidad de almacenaje de datos de 300 horas o mas. Tendencia grafica de 10 minutos o mas. SPO / Rangos: 0 100 % o mejor. Rangos: 25 254 bpm o mejor. Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a la convocante incorporar estas caracteriticas a la lista de requerimientos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2013
<p>DEBE DECIR: Capacidad de almacenaje de datos de 300 horas o mas. Tendencia grafica de 10 minutos o mas. SPO/ RANGO: 0-100% o mejor. Rangos: 25-254 bpm o mejor.</p> <p>ADEMAS AJUSTARSE A LA ADENDA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p>		

Consulta 18 - ITEM N° 19- Oximetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2013
<p>En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Un Cargador de baterías" ¿Este cargador debe ser de mesa, original y de la misma marca que el oximetro?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2013
<p>DICE: Uno Cargador de baterías. DEBE DECIR: Cargador de baterías de mesa, original y de la misma marca del oximetro.</p>		

Consulta 19 - ITEM N° 20 - Oxímetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2013
<p>En las Especificaciones Técnicas observamos que no mencionan algunas características básicas como por ejemplo: Capacidad de almacenaje de datos de 300 horas o mas. Tendencia grafica de 10 minutos o mas. SPO / Rangos: 0 100 % o mejor. Rangos: 25 254 bpm o mejor. Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a la convocante incorporar estas caracteriticas a la lista de requerimientos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2013
<p>DEBE DECIR: Capacidad de almacenaje de datos de 300 horas o mas. Tendencia grafica de 10 minutos o mas. SPO/ RANGO: 0-100% o mejor. Rangos: 25-254 bpm o mejor. ADEMÁS AJUSTARSE A LA ADENDA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p>		

Consulta 20 - ITEM N° 20 - Oxímetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2013
<p>En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Un Cargador de baterías" ¿Este cargador debe ser de mesa, original y de la misma marca que el oxímetro? Respuesta: Debe ser Cargador de mesa, original y de la misma marca que el Oxímetro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2013
<p>DICE: Uno Cargador de baterías. DEBE DECIR: Cargador de baterías de mesa, original y de la misma marca del oxímetro.</p>		

Consulta 21 - SECCION VII. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA. E) Cualquier otro documento adicional requerido

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2013
<p>En la - SECCION VII. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA. E) Cualquier otro documento adicional requerido - solicitan: Certificado o constancia vigente de comercialización de dispositivos médicos, expedida por el MSPYBS. Respecto a este certificado rogamos incorpore el término servicio técnico en reemplazo de comercialización. Si fuere así, quedaría redactado de la siguiente manera: Certificado o constancia vigente de contar con el Servicio Técnico para dispositivos médicos, expedida por el MSPYBS</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2013
<p>DEBE DECIR: Constancia de Habilitación de Servicio Técnico otorgado por el MSPYBS.</p>		

Consulta 22 - Item N°2 - Cama manual para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2013
<p>En una parte de las especificaciones técnicas dice: Colchon como minimo de 5" de espesor de varias densidades en función de la zona del cuerpo del paciente. Al parecer hay un error, involuntario, en la transcripción de esta medida, creemos que debería decir 5cms en vez de 5 (pulgadas). Rogamos a la convocante aclarar este punto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2013
<p>DICE: Colchon como minimo de 5" de espesor de varias densidades en función de la zona del cuerpo del paciente. DEBE DECIR: Colchon como minimo de 10 cm de espesor como minimo de varias densidades en función de la zona del cuerpo del paciente.</p>		

Consulta 23 - Item 13 - Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2013
Sugerimos soliciten la posibilidad de obtener el analisis del segmento ST en 12 derivadas con cable de 5 leads y su representacion grafica. Este mapeo recopila los valores del ST y las tendencias derivadas de los planos vertical (derivaciones de miembros) y horizontal (derivaciones precordiales) y los mapas son gráficos multiteje de los segmentos ST del paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2013
AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		

Consulta 24 - Item 13 - Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2013
Sugerimos icluyan la posibilidad de controlar la aparición de sepsis severa mediante mensajes en la pantalla del equipo o de manera similar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2013
AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.		

Consulta 25 - Item 13 - Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2013
Como solicitan sean tambien para pacientes neonatales sugerimos incluir herramientas de deteccion y documentacion de apnea, bradicardia y desaturacion. Esto proporcionara informacion para el tratamiento del paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2013
AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		