Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 262094 - LPN 06/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre con comodato de equipos automatizados.

Consulta 1 - Lote 1 - ITEM: 35-39-40-41-42

Consulta	**Fecha de Consulta**	10-07-2013
Se puede presentar Reactivos de Diferentes marcas, considerando que estos no afectan en lo mas minimo en los resultados, ya que los Equipos a ofertar son abiertos y pueden utilizar reactvios de cualuier marca, ademas todos poseen controles y calibradores, lo cual garantizan los resultados. Ya se tiene experiencia en otros Servicios similares satisfactoriamente		

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	12-07-2013
Si, Se puede, siempre y cuando cumplan con los normas de control de calidad.		

Consulta 2 - Lote 3

Consulta	**Fecha de Consulta**	10-07-2013
En el Pliego se solicita 2 Equipo Automatizados que realicen analisisi por el metodo de Quimioluminiscencia. Se puede presentar otros metods como ELISA/MEIA, tambien reconocidos y autorizados por los entes reguladores internacionales, considerando que existe una sola Empresa con la capacidad de ofertar por este metodo de Quimioluminiscencia. Lo cual no permite competir a otros oferentes		

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	12-07-2013
No, no se aceptarán equipos integrados en uno, debe entregarse en comodato dos equipos que con las características técnicas previstas en el PBC.		

Consulta 3 - Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2013
Los Equipos ofertados en este Lote deben contar con punteras descartables para mayor seguridad ???		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2013
Se solicita dos equipos automatizados para procesamiento de 1-Donantes y 2-Pacientes, ya que el Hospital Nacional es de alta complejidad realizando estudios a Donantes y Pacientes. Se solicta el Metodo quimioluminiscencia tal como esta en el PBC ya que con este metodo se puede realizar corridas de urgencias con lo cual se obtiene resultados en menor tiempo y a la par van procesandose los no urgentes. El Hospital Nacional cuenta con un equipo humano de trasplante de organos lo que obliga a tener equipos que realicen determinaciones serologicas en el menor tiempo posible ya que dichos trasplantes dependen entre otras de resultados de caracter urgente tantol al paciente receptor como al donante de organo y tambien las bolsas de sangre que en un determinado momento del episodio del trasplante u otro tipo de necesidad urgente puedan ser estudiados bolsas de sangre cuyo Grupo y Factor sea escaso, ademas el metodo brinda un resultado de la mas alta sensibilidad y especificidad. El servicio de Banco de Sangre realiza estudios de tamizajes serologicos a las unidades de sangre, pero tambien realiza estudios de diagnostico (pacientes) es por eso que el Metodo Quimioluminiscencia es un metodo que conjuga tiempo, alta sensibilidad, alta especificidad, lo que consecuentemente beneficiara al paciente trasplantado y en general a la poblacion que utilice nuestros servicios.		

Consulta 4 - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2013
Se pueden ofertar 02 Equipos Integrados por separados que realicen la capacidad de procesamiento solicitado 1000 test hora cada uno como minimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2013
No, no se aceptarán equipos integrados en uno, debe entregarse en comodato dos equipos que con las características técnicas previstas en el PBC.		

Consulta 5 - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2013
Se puede ofertar 1 Equipo Integrado que realice mas de 2000 test con modulo de muestreo,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2013
No, no se aceptarán equipos integrados en uno, debe entregarse en comodato dos equipos que con las características técnicas previstas en el PBC.		

Consulta 6 - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2013
Se debe cotizar tubos de plásticos que contenga partículas aceleradoras del coagulo para tubo primario en un número igual al a cantidad adjudicada en cada ítem ??		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-07-2013
Debe incluir en su oferta, un número aproximado de tubos es de 7.500 mensual.		

Consulta 7 - lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2013
favor aclarar si se puede cotizar 3 equipos para quimica clinica con capacidad para 800 test/hora.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2013
No, se deberan entregar en comodato minimo 2 equipos, tal como lo solicita el PBC		

Consulta 8 - Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2013
En el Pliego se solicita 2 Equipo Automatizados que realicen analisisi por el metodo de Quimioluminiscencia. Se puede presentar otros metods como ELISA/MEIA, tambien reconocidos y autorizados por los entes reguladores internacionales, considerando que existe una sola Empresa con la capacidad de ofertar por este metodo de Quimioluminiscencia. Lo cual no permite competir a otros oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2013
Se solicita dos equipos automatizados para procesamiento de 1-Donantes y 2-Pacientes, ya que el Hospital Nacional es de alta complejidad realizando estudios a Donantes y Pacientes. Se solicta el Metodo quimioluminiscencia tal como esta en el PBC ya que con este metodo se puede realizar corridas de urgencias con lo cual se obtiene resultados en menor tiempo y a la par van procesandose los no urgentes. El Hospital Nacional cuenta con un equipo humano de trasplante de organos lo que obliga a tener equipos que realicen determinaciones serologicas en el menor tiempo posible ya que dichos trasplantes dependen entre otras de resultados de caracter urgente tantol al paciente receptor como al donante de organo y tambien las bolsas de sangre que en un determinado momento del episodio del trasplante u otro tipo de necesidad urgente puedan ser estudiados bolsas de sangre cuyo Grupo y Factor sea escaso, ademas el metodo brinda un resultado de la mas alta sensibilidad y especificidad. El servicio de Banco de Sangre realiza estudios de tamizajes serologicos a las unidades de sangre, pero tambien realiza estudios de diagnostico (pacientes) es por eso que el Metodo Quimioluminiscencia es un metodo que conjuga tiempo, alta sensibilidad, alta especificidad, lo que consecuentemente beneficiara al paciente trasplantado y en general a la poblacion que utilice nuestros servicios.		

Consulta 9 - Etapa Competitiva

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2013
Considerando que esta LPN No. 06/2013 del Hospital Nacional se superpone con la LPN No. 02/2013 de CENSSA y tenemos una sola computadora y ambos son llamados para Adquisición de Reactivos para Banco de Sangre, solicitamos que esta LPN No. 06/2013 se posponga para dias posteriores a la del CENSSA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2013
No, no se puede posponer teniendo en cuenta la urgencia del llamado.		