

Consultas Realizadas

Licitación 302126 - LPN SBE 75-15 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERENDUM 2016

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2016
<p>En el ítem 6, se establece: Mantenimiento Preventivo de Sistema de Video Laparoscopia HD, compuesta de cámara médica, monitor médico, procesador e insuflador, de la marca Karl Storz.</p> <p>Creemos que hubo un error de tipeo en este ítem, pues el IPS cuenta con una sola Torre HD de la marca Storz y la misma ya se encuentra establecida en el ítem 20.</p> <p>Por lo tanto, consideramos que lo correcto para el ítem N° 6 debe ser: Mantenimiento Preventivo de SISTEMA DE VIDEO LAPAROSCOPIA TELECAM SL II, COMPUESTA DE CAMARA MÉDICA, MONITOR MÉDICO, PROCESADOR Y FUENTE DE LUZ, de la Marca Karl Storz.</p> <p>Los insufladores de estas torres ya se encuentran estipulados dentro del ítem 1, más no así las fuentes de luz, por eso solicitamos estas correcciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-02-2016
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2.</p>		

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas - Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2016
<p>Ítem 1. El diámetro del cable de luz debe ser de 3.5mm, atendiendo a que se usaran con ópticas de 2.9mm.</p> <p>Ítem 3. Solicitamos corregir el código del cable que debe ser 26176LV</p> <p>Ítem 6. La longitud del cable de luz debe ser 250cm.</p> <p>Ítem 10. La longitud del cable de luz debe ser 250cm</p> <p>Ítem 16. El cesto debe ser de plástico y no metálico.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-02-2016
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2.</p>		

Consulta 3 - Protocolo de Mantenimiento Preventivo

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2016
----------	-------------------	------------

En la página 17 del PBC se establece en la descripción del EQUIPO Monitor Multiparamétrico.
 Solicitamos eliminar el texto multiparamétrico considerando que son monitores de visualización y no de parámetros vitales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2016
-----------	--------------------	------------

Se aclara que el Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.

Consulta 4 - Lista de Equipos y Protocolos de Mantenimiento Preventivo

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2016
----------	-------------------	------------

Para los ítems 26 y 27 Torre para laparoscopia, solicitamos incluir los siguientes equipos que forman parte de estas torres, existentes en el Servicio de Ginecología del HC, atendiendo a que se corresponde con el Ítem 6 de la lista de precios y Especificaciones técnicas.

Debe decir:

Ítem 26 Torre de laparoscopia Telecam SL II, compuesta de: Cámara Médica (SN° NX798041-H), Monitor Médico (SN° 2010341), Procesador (SN° UX696913-P) y Fuente de luz (SN° VX0682842) de la marca Karl Storz

Ítem 27 Torre de laparoscopia Telecam SL II, compuesta de: Cámara Médica (SN° SX797072-H), Monitor Médico (SN° 2011052), Procesador (SN° CB649370-P) y Fuente de luz (SN° UX0682606) de la marca Karl Storz

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2016
-----------	--------------------	------------

Se aclara que el Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.

Consulta 5 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2016
----------	-------------------	------------

Para el Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos.
 Solicitamos ampliar el plazo a por lo menos 30 (treinta) días, considerando que los repuestos deben ser importados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2016
-----------	--------------------	------------

Se aclara que el Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 6 - Lista de Precios Lote 1 - Mantenimiento Preventivo

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2016
----------	-------------------	------------

En el ítem 6, se establece: Mantenimiento Preventivo de Sistema de Video Laparoscopia HD, compuesta de cámara médica, monitor médico, procesador e insuflador, de la marca Karl Storz.

Creemos que hubo un error de tipeo en este ítem, pues el IPS cuenta con una sola Torre HD de la marca Storz y la misma ya se encuentra establecida en el ítem 20.

Por tanto, consideramos que lo correcto para el ítem 6 debe ser: Sistema de Video Laparoscopia TELECAM SL II, compuesta de cámara Médica, Monitor Médico, Procesador y Fuente de luz de la Marca Karl Storz.

Los insufladores ya se encuentran establecidos en el ítem 1, no así las fuentes de luz, por eso solicitamos esta corrección

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2016
-----------	--------------------	------------

Se aclara que el Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.

Consulta 7 - Lista de Precios Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2016
Ítem 1. El diámetro del cable de luz debe ser de 3.5mm. Ítem 3. El código del cable debe ser 26176LV Ítem 6. La longitud del cable de luz debe ser 250cm Ítem 10. La longitud del cable de luz debe ser 250cm Ítem 16. El cesto debe ser de plástico y no metálico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2016
Se aclara que el Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.		

Consulta 8 - Ítem 6. Especificaciones técnicas y Lista de Precios. Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	12-02-2016
Ítem 6 DONDE DICE Mantenimiento Preventivo de Sistema de Video Laparoscopia HD, compuesta de cámara médica, monitor médico, procesador e insuflador, de la marca Karl Storz. DBE DECIR Sistema de Video Laparoscopia TELECAM SL II, compuesta de cámara Médica, Monitor Médico, Procesador y Fuente de luz de la Marca Karl Storz.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2016
Se aclara que el Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.		

Consulta 9 - Adenda 2. Ítem 20

Consulta	Fecha de Consulta	12-02-2016
Solicitamos mantener las especificaciones técnicas y lista de precios originales, pues este ítem está correcto. La consulta se refería al ítem 6 y NO al 20. Este ítem está correcto con la descripción establecida originalmente en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-03-2016
Se aclara que el Oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.		