

## Consultas Realizadas

# Licitación 320210 - ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO PORTÁTIL PARA DE DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

### Consulta 1 - Frecuencia de Transductores

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2017
Consultamos si será posible ofertar equipos con transductor endocavitario de 5 a 9 MhZ para dar oportunidad a un mayor numero de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2017
RESPUESTA: Se mantiene lo solicitado. La necesidad de visualizar algunas estructuras (ej. Fondo de útero, otros), hace que sea preciso contar con mayor profundidad, por lo cual resulta conveniente mantener la menor frecuencia posible, para las aplicaciones de los transductores solicitados.		

### Consulta 2 - Transductor Endocavitario

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2017
Consultamos si será posible ofertar transductores endocavitarios de 5 a 9 MhZ con los equipos de manera a dar oportunidad de ofertar a un mayor numero de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2017
RESPUESTA: Se mantiene lo solicitado. La necesidad de visualizar algunas estructuras (ej. Fondo de útero, otros), hace que sea preciso contar con mayor profundidad, por lo cual resulta conveniente mantener la menor frecuencia posible, para las aplicaciones de los transductores solicitados.		

### Consulta 3 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	01-02-2017
Sugerimos agregar que el ecografo cuente con la opción agregar en el futuro las opciones de doppler pulsado, doppler color y power doppler para optimizar la calidad del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2017
RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA N° 02, El Ecógrafo a ser ofertado deberá tener la opción de agregar en el futuro las funciones de: - doppler pulsado, - doppler color - power doppler		

## Consulta 4 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	01-02-2017
Sugerimos agregar modo StandBy o Hibernación para proteccion del ultrasonido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2017
RESPUESTA: Se mantiene lo solicitado.		

## Consulta 5 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	01-02-2017
Donde dice : dos o mas puertos USB para conexiones de dispositivos de almacenamiento externo sugerimos también solicitar archivo administrador de imágenes integrado en el equipo para optimizar la practicidad del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-02-2017
RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA N° 02, El Ecógrafo a ser ofertado deberá tener la función de archivo administrador de imágenes, integrado en el equipo.		