

## Consultas Realizadas

### Licitación 322697 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS

#### Consulta 1 - Item Nro 15 - Cateter Venoso Central

Consulta	Fecha de Consulta	13-02-2017
Item Nro 15 - Cateter Venoso Central Solicitan Cateter Venoso Central 2,5 Fr - 2 lumen.  Consulta Se podra Ofertar Cateter Venoso Central 2,6 Fr - 2 lumen? mismo uso mismo fin. o que se habran los parametros y diga. Cateter Venoso Central 2,5Fr a 2,6Fr - 2 lumen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2017
Ajustarse a la Adenda N° 02.-		

#### Consulta 2 - Item Nro 15 - Cateter Venoso Central

Consulta	Fecha de Consulta	13-02-2017
Item Nro 15 - Cateter Venoso Central  El Precio Referencial del mismo no corresponde. favor verificar y corregir de ser necesario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2017
Ajustarse a la Adenda N° 02.-		

#### Consulta 3 - Item Nro 15 - Cateter Venoso Central

Consulta	Fecha de Consulta	13-02-2017
Item Nro 15 - Cateter Venoso Central  Solicitan Cateter en sus cantidades minima de 4.000 a maxima de 8.000. favor verificar sus cantidades. esta cantidad solicitada seria para como minimo 5 años o mas de uso en el pais.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2017
Ajustarse a la Adenda N° 02.-		

#### Consulta 4 - Item 29 - Kit de Jeringa desechable para contraste

Consulta	Fecha de Consulta	13-02-2017
Dado que el Item 29 pide "Kit de Jeringas para Inyectora MEDTRON", informamos que el producto se presenta en envase conteniendo una jeringa y a parte un envase conteniendo el conector para paciente. ¿Como podemos presentar los productos para cumplir el requisito de formar un Kit?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2017
Kit es un conjunto de piezas separadas que conforman un todo y se comercializa como un todo, en este caso específico jeringa más el conector de la bomba inyectora. La presentación es Kit, por lo que se deberá ofertar en conjunto.		