

## Consultas Realizadas

# Licitación 339245 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL MSP Y BS

### Consulta 1 - Item 1 - Monitor Multiparametrico Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
Donde Dice: "Análisis de la variación de la frecuencia cardíaca con gráfico de tortas y tendencia" solicitamos a la convocante aclarar a que se refiere con gráfico de tortas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
Se hace referencia al gráfico circular que despliega los datos porcentuales y proporcionales.		

### Consulta 2 - Ítem 01: Monitor Multiparamétrico Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.16 solicitan Salida para llamada a enfermera Solicitamos a la convocante modificar este punto a OPCIONAL, ya que no es una característica que afecte al rendimiento o funcionamiento del equipo. Así también, el modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2		

### Consulta 3 - Ítem 01: Monitor Multiparamétrico Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.16 solicitan Salida para llamada a enfermera Solicitamos a la convocante modificar este punto a OPCIONAL, ya que no es una característica que afecte al rendimiento o funcionamiento del equipo. Así también, el modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2		

### Consulta 4 - Ítem 01: Monitor Multiparamétrico Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.37 solicitan Despliegue de onda plestimográfica e índice de perfusión Solicitamos a la convocante modificar este punto donde dice Índice de perfusión a OPCIONAL, ya que no es una característica que afecte al rendimiento o funcionamiento del equipo. Así también, el modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la institución		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 5 - Ítem 01: Monitor Multiparamétrico Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
<p>En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.40 solicitan Frecuencia de pulso de 15 a 300</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar este punto a Frecuencia de pulso de 20 a 300, ya que el rango inferior solicitado es excesivamente bajo, es muy difícil que un paciente llegue a ese rango inferior de frecuencia de pulso, y solo una marca específica cumple con ese rango. Así también, el modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
<p>el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2</p>		

## Consulta 6 - Ítem 01: Monitor Multiparamétrico Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
<p>En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.49 solicitan Rango de medición: de -50 a 400 mmHG</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar este punto a Rango de medición: de -50 a 300 mmHG, ya que el rango superior solicitado es excesivamente alto, es muy difícil que un paciente llegue a ese rango superior de presión, y solo una marca específica cumple con ese rango. Así también, el modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
<p>el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2</p>		

## Consulta 7 - Ítem 01: Monitor Multiparamétrico Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
<p>En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.63 solicitan Brazaletes para presión no invasiva de tamaño adulto, Cantidad: 2 (dos) de cada tamaño por cada equipo</p> <p>Solicitamos a la convocante aclarar en este punto si requieren de 2(dos) brazaletes para presión invasiva adulto, o 2 (dos) brazaletes de cada tamaño (neonato, pediátrico y adulto).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
<p>el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2</p>		

## Consulta 8 - Ítem 02: Monitor Multiparamétrico Pediátrico/Neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
<p>En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 2.16 solicitan Salida para llamada a enfermera</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar este punto a OPCIONAL, ya que no es una característica que afecte al rendimiento o funcionamiento del equipo. Así también, el modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
<p>el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2</p>		

## Consulta 9 - Ítem 02: Monitor Multiparamétrico Pediátrico/Neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
<p>En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 2.35 solicitan Frecuencia respiratoria: Pediátrico de 0 a 120 rpm, Neonatal: de 0 a 170 rpm</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar este punto a Frecuencia respiratoria: Pediátrico de 0 a 120 rpm, Neonatal: de 0 a 150 rpm, ya que el rango superior para pacientes neonatos solicitado es excesivamente alto, es muy difícil que un paciente llegue a ese rango superior de frecuencia respiratoria, y solo una marca específica cumple con ese rango. Así también, el modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
<p>el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2</p>		

## Consulta 10 - Ítem 02: Monitor Multiparamétrico Pediátrico/Neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
<p>En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.39 solicitan Despliegue de onda plestimográfica e índice de perfusión</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar este punto donde dice Índice de perfusión a OPCIONAL, ya que no es una característica que afecte al rendimiento o funcionamiento del equipo. Así también, el modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la institución</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
<p>el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2</p>		

## Consulta 11 - Ítem 02: Monitor Multiparamétrico Pediátrico/Neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
<p>En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 2.42 solicitan Frecuencia de pulso de 15 a 300 lpm</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar este punto a Frecuencia de pulso de 20 a 300, ya que el rango inferior solicitado es excesivamente bajo, es muy difícil que un paciente llegue a ese rango inferior de frecuencia de pulso, y solo una marca específica cumple con ese rango. Así también, el modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
<p>el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2</p>		

## Consulta 12 - Ítem 02: Monitor Multiparamétrico Pediátrico/Neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
<p>En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.4 solicitan Rango de medición: de -50 a 400 mmHG</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar este punto a Rango de medición: de -50 a 300 mmHG, ya que el rango superior solicitado es excesivamente alto, es muy difícil que un paciente llegue a ese rango superior de presión, y solo una marca específica cumple con ese rango. Así también, el modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
<p>el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2</p>		

## Consulta 13 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
Solicitamos ampliar el plan de entregas entre 60 a 90 días desde la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor, considernado la cantidad de equipos a ser adquiridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente deberá ajustarse al pliego de bases y condiciones		

## Consulta 14 - CGC 15.1 Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
Solicitamos la posibilidad de incluir un anticipo financiero de entre el 20 y 30%, considerando la gran cantidad de equipos solicitados y cuyos costos son altos.		
De igual manera solicitamos que el plazo de entrega sea desde el pago del anticipo, en caso de considerarse dicho pago.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente deberá ajustarse al pliego de bases y condiciones		

## Consulta 15 - Item 1 - Monitor Multiparametrico Adulto - punto 1.40

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
Frecuencia de pulso de 15 a 300 lpm, solicitamos a la convocante modificar este punto a " Frecuencia de pulso minima de 20 lpm y un maximo de 300lpm", ya que las tecnologias de Massimo(25-240 lpm), Philips (30-300lpm), Nellcore (20-300lpm) los cuales son las principales y mas confiables, no cumplen con la misma. Asi tambien estaria dando mayor participacion a los oferentes y a tecnologias confiables.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 16 - Item 2 - Monitor Multiparametrico Pediatrico/Neonatal - Punto 2.42

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
Frecuencia de pulso de 15 a 300 lpm, solicitamos a la convocante modificar este punto a " Frecuencia de pulso minima de 20 lpm y un maximo de 300lpm", ya que las tecnologias de Massimo(25-240 lpm), Philips (30-300lpm), Nellcore (20-300lpm) los cuales son las principales y mas confiables, no cumplen con la misma. Asi tambien estaria dando mayor participacion a los oferentes y a tecnologias confiables.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 17 - Item 2 - Monitor Multiparametrico Pediatrico/Neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
En el punto 1.49 - Rango de medición: de -50 a 400 mmHG Solicitamos a la convocante modificar este punto a Rango de medición: de -50 a 300 mmHG, ya que el rango superior solicitado es excesivamente alto, es muy difícil que un paciente llegue a ese rango superior de presión, así también dará mayor participación a oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 18 - Item 1 - Monitor Multiparametrico Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
En el punto 1.49 - Rango de medición: de -50 a 400 mmHG Solicitamos a la convocante modificar este punto a Rango de medición: de -50 a 300 mmHG, ya que el rango superior solicitado es excesivamente alto, es muy difícil que un paciente llegue a ese rango superior de presión, así también dará mayor participación a oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2 y Pliego de bases y condiciones		

## Consulta 19 - Item 1 - Monitor Multiparametrico Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
En el punto 1.47 - Incorporar análisis ABPM. Esta especificación no es para monitores multiparametricos; esto refiere a sistemas de monitorización ambulatoria de la presión arterial, o Holter de presión, que por sus siglas en inglés ABPM (Ambulatory Blood Pressure Monitor). Solicitamos eliminar este punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 20 - Item 2 - Monitor Multiparametrico Pediatrico/Neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
En el punto 2.50 - Incorporar análisis ABPM. Esta especificación no es para monitores multiparametricos; esto refiere a sistemas de monitorización ambulatoria de la presión arterial, o Holter de presión, que por sus siglas en inglés ABPM (Ambulatory Blood Pressure Monitor). Solicitamos eliminar este punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 21 - Item 2 - Monitor Multiparametrico Pediatrico/Neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
En el punto 2.35 solicitan Frecuencia respiratoria: Pediátrico de 0 a 120 rpm, Neonatal: de 0 a 170 rpm Solicitamos a la convocante modificar este punto a Frecuencia respiratoria: de 0 a 150 rpm, ya que el rango superior para pacientes neonatos solicitado es excesivamente alto, es muy difícil que un paciente llegue a ese rango de frecuencia respiratoria. Así también, el modificar este punto dará mayor participación a oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 22 - Item 2 - Monitor Multiparametrico Pediatrico/Neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
En el punto 2.30 - donde dice: Analisis de la variacion de la frecuencia cardiaca con grafico de tortas y tendencias, solicitamos a la convocante favor aclarar a que se refiere con grafico de tortas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
Se hace referencia al grafico circular que despliega los datos porcentuales y proporcionales.		

## Consulta 23 - CGC 15.1 Anticipo / Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
Solicitamos la posibilidad de incluir un anticipo financiero de entre el 20 y 30%, considerando la gran inversion en los equipos solicitados cuyos costos son altos. De igual manera solicitamos que el plazo de entrega sea desde el pago del anticipo, en caso de considerarse dicho anticipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente deberá ajustarse al Pliego de bases y Condiciones		

## Consulta 24 - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
solicitamos a la convocante que el plazo de entrega se modifique de 60 a 90 dias corridos a partir del pago del anticipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente deberá ajustarse al Pliego de bases y Condiciones		

## Consulta 25 - Item 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
Item 1 y 2 1.15 y 2.15 Solicitan: los datos del paciente deberán poder transportarse en un dispositivo de almacenamiento genérico en formato HL7, para relevar datos de pacientes sin estar conectados a una central. Creemos que hay una confusión en este punto, normalmente los monitores Multiparamétricos utilizan el protocolo HL7 cuando están conectados en Red, protocolo especialmente creado para esto. La función de exportar datos del monitor se realiza de otra forma sin que tenga nada que ver el protocolo HL7.  Solicitamos que este punto quede de la siguiente forma: El monitor deberá contar con conectividad al protocolo HL7.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 26 - C

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
ITEM 1 Y 2 1.16 y 2.16 Solicitan: Salida para llamada a enfermera. Esta función encarece al equipo y normalmente no se utiliza porque los Hospitales no cuentan con la interface entre el monitor y la red del hospital del sistema de llamado a enfermería.  Solicitamos que este punto quede como Opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 27 - ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
ITEM 1 Y 2 1.30 y 2.30 Solicitan: Análisis de la variación de la frecuencia cardíaca con gráfico de tortas y tendencia. Normalmente todas las marcas de monitores tienen gráficos y estos pueden ser lineales o tortas dependiendo de la marca y que para fines del operador no tiene importancia cuál de ellos tenga el monitor.  Solicitamos que modifiquen este punto a gráfico lineal y/o torta para dar oportunidad a que se presenten mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
El gráfico debe desplegar los datos porcentuales y proporcionales, pudiendo ser esto en formato circular u otro que represente de manera similar.		

## Consulta 28 - Plazos de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2018
Plazos de Entrega: Debido a la cantidad solicitada, los mismos van a ser fabricados y teniendo en cuenta que ser importados de Japón solicitamos que el plazo de entrega sea de 60 días corridos desde la recepción de las Ordenes de Compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente deberá ajustarse al Pliego de bases y Condiciones		

## Consulta 29 - Sección II. Suministros Requeridos - 2. Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2018
Sección II. Suministros Requeridos - 2. Plan de Entregas Solicitamos a la Convocante extender el plazo de entrega a por lo menos 60 (sesenta) días hábiles, contados a partir de la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Compra correspondiente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente deberá ajustarse al Pliego de bases y Condiciones		

## Consulta 30 - Sección II. Suministros Requeridos - 2. Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2018
Sección II. Suministros Requeridos - 2. Plan de Entregas Solicitamos a la Convocante aclarar el lugar de entrega.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 31 - Sección II. Suministros Requeridos - 2. Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2018
Sección II. Suministros Requeridos - 2. Plan de Entregas Solicitamos a la Convocante aclarar si será necesario realizar la INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO los bienes solicitados en la presente licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 32 - Sección III. Suministros Requeridos Item N° 1 Monitores Multiparametricos Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2018
Sección III. Suministros Requeridos Item N° 1 Monitores Multiparametricos Adulto En donde dice: 1.69 Instalación del equipo y soporte en la institución designada, capacitación de uso y de servicio técnico Solicitamos a la Convocante aclarar el lugar de entrega.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 33 - Sección III. Suministros Requeridos Item N° 1 Monitores Multiparametricos Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2018
Sección III. Suministros Requeridos Item N° 1 Monitores Multiparametricos Adulto En donde dice: 1.4 Pantalla Color LCD TFT de 12 pulgadas color o más, resolución de 800 x 600 pixeles Solicitamos a la Convocante aceptar monitores Multiparametricos con pantalla de 10 pulgadas o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente deberá ajustarse al pliego de bases y condiciones		



### Consulta 34 - Sección III. Suministros Requeridos Item N° 1 Monitores Multiparametricos Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2018
Sección III. Suministros Requeridos Item N° 1 Monitores Multiparametricos Adulto Los monitores para el ITEM N° 1 deben ser MODULARES o PRECONFIGURADOS. Favor aclarar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2		

### Consulta 35 - Sección III. Suministros Requeridos Item N° 2 Monitores Multiparametricos Pediatrico/Neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2018
Sección III. Suministros Requeridos Item N° 2 Monitores Multiparametricos Pediatrico/Neonatal En donde dice: 2.72 Instalación del equipo y soporte en la institución designada, capacitación de uso y de servicio técnico Solicitamos a la Convocante aclarar el lugar de entrega.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2		

### Consulta 36 - Sección III. Suministros Requeridos Item N° 2 Monitores Multiparametricos Pediatrico/Neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2018
Sección III. Suministros Requeridos Item N° 2 Monitores Multiparametricos Pediatrico/Neonatal En donde dice: 2.4 Pantalla Color LCD TFT de 12 pulgadas color o mas, resolución de 800 x 600 pixeles Solicitamos a la Convocante aceptar monitores Multiparametricos con pantalla de 10 pulgadas o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente debera ajustarse al pliego de bases y condiciones		

### Consulta 37 - Sección III. Suministros Requeridos Item N° 1 Monitores Multiparametricos Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2018
Sección III. Suministros Requeridos Item N° 1 Monitores Multiparametricos Adulto Los monitores para el ITEM N° 2 deben ser MODULARES o PRECONFIGURADOS. Favor aclarar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 38 - Ítem 2 - Monitor multiparamétrico pediátrico/neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2018
----------	-------------------	------------

En el punto 2.35 Donde dice: Frecuencia respiratoria neonatal de 0 a 170 rpm, solicitamos se puedan cotizar equipos con frecuencia respiratoria neonatal de 0 a 120 rpm, en vista de que esto no afectaría la funcionalidad del monitor y daría oportunidad a más participantes en la licitación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
-----------	--------------------	------------

el oferente debera remitirse a la Adenda N° 2

## Consulta 39 - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2018
----------	-------------------	------------

Solicitamos tengan a bien ampliar el plan de entregas a 90 días, debido a la cantidad de equipos solicitados. Generalmente en estos casos se realiza un pedido particular a las fábricas por no contar con esas cantidades en stock.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2018
-----------	--------------------	------------

el oferente debera ajustarse al pliego de bases y condiciones

## Consulta 40 - Ítem 01: Monitor Multiparamétrico Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
----------	-------------------	------------

En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 1.46 solicitan Repetición del modo automático: 1- 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 minutos

Solicitamos a la convocante permitir la participación a oferentes que cuentan con diferentes intervalos de tiempo pero compatibles, ya que cada marca cuenta con Intervalos de Repetición del modo automático diferentes. O que la convocante modifique este punto por Repetición del modo automático en intervalos de 1 hasta 480 minutos. El modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la institución.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al pliego de bases y condiciones

## Consulta 41 - Ítem 01: Monitor Multiparamétrico Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
----------	-------------------	------------

En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. En el punto 2.49 solicitan Repetición del modo automático: 1- 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 minutos

Solicitamos a la convocante permitir la participación a oferentes que cuentan con diferentes intervalos de tiempo pero compatibles, ya que cada marca cuenta con Intervalos de Repetición del modo automático diferentes. O que la convocante modifique este punto por Repetición del modo automático en intervalos de 1 hasta 480 minutos. El modificar este punto dará mayor participación a oferentes de equipos biomédicos de calidad y durabilidad conocidas por la institución.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al pliego de bases y condiciones

## Consulta 42 - Ítem 01: Monitor Multiparamétrico Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
<p>En la sección III, Suministros Requeridos. En el apartado Especificaciones Técnicas. Garantía del Equipo. En los puntos 1.68 y 2.71 solicitan Instalación del equipo y soporte en la institución designada, capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas) Los equipos serán entregados en el Depósito de la Dirección Biomédica dependiente de la DGGIES, la capacitación así como la instalación y puesta en funcionamiento será realizada en los Hospitales Especializados y/o Regionales dependientes del MSPyBS</p> <p>Solicitamos a la convocante especificar a qué Hospitales Especializados y/o Regionales irán destinados los equipos, de modo a poder elaborar un presupuesto acorde a lo solicitado. Para ello se necesitan costear los gastos de traslado de equipos y personal técnico, y esto varía según la distancia en la que se encuentra cada Hospital.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
<p>el oferente deberá remitirse a la adenda N° 3</p>		

## Consulta 43 - ITEM 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
<p>EN el punto 1.15 Solicitan: "Los datos de paciente deberán poder transportarse en un dispositivo de almacenamiento genérico en formato HL7, para relevar datos de pacientes sin estar conectados a una central. El monitor deberá contar con conectividad al protocolo HL7."</p> <p>Solicitamos que el requerimiento de conectividad mediante protocolo HL7 sea considerado OPCIONAL, permitiendo cotizar equipos que permitan transferir los datos de pacientes a una PC mediante cable de RED, para de esta manera permitir la participación de un mayo numero de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
<p>Ajustarse al pliego de bases y condiciones</p>		

## Consulta 44 - ITEM 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
<p>En el punto 1.21 Solicitan:" Posibilidad de visualización de tiras de ECG en formato Full Disclosure y zoom sobre zona de interés."</p> <p>Solicitamos el mismo sea considerado como requisito opcional, considerando que no repercute en la funcionalidad del equipo, para de este modo permitir mayor participación de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
<p>Ajustarse al pliego de bases y condiciones</p>		

## Consulta 45 - ítem 2 monitor multiparametrico pediatico neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
<p>En el punto 2.21 Solicitan:" Posibilidad de visualización de tiras de ECG en formato Full Disclosure y zoom sobre zona de interés." Solicitamos el mismo sea considerado como requisito opcional, considerando que no repercute en la funcionalidad del equipo, para de este modo permitir mayor participación de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
<p>Ajustarse al pliego de bases y condiciones</p>		

### Consulta 46 - ITEM 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
En el punto 1.25 Solicitan: "Análisis de segmento ST en al menos 4 canales."		
Sugerimos permitan cotizar equipos con análisis del segmento ST en al menos 2 canales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
Ajustarse al pliego de bases y condiciones		

### Consulta 47 - ITEM 2 MONITOR MULTIPARAMETRICO PEDIATRICO /NEONATAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
En el punto 2.25 Solicitan: "Análisis de segmento ST en al menos 4 canales."		
Sugerimos permitan cotizar equipos con análisis del segmento ST en al menos 2 canales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
Ajustarse al pliego de bases y condiciones		

### Consulta 48 - ITEM 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
EN EL PUNTO 1.30 Solicitan: "Análisis de la variación de la frecuencia cardíaca con gráfico y tendencia"		
Solicitamos eliminar este requerimiento para permitir la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
Ajustarse al pliego de bases y condiciones		

### Consulta 49 - ITEM 2 MONITOR MULTIPARAMETRICO PEDIATRICO /NEONATAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
EN EL PUNTO 2.30 Solicitan: "Análisis de la variación de la frecuencia cardíaca con gráfico y tendencia"		
Solicitamos eliminar este requerimiento para permitir la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
Ajustarse al pliego de bases y condiciones		

### Consulta 50 - ITEM 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
En el punto 1.32 Solicitan "Modo de curvas fija 3,125; 6,25; 12,5 mm/s (OPCIONAL)"		
Sugerimos modifiquen este requerimiento solicitando Modo de curvas fija 6,25; 12,5 ; 25; 50 mm/s		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
Ajustarse al pliego de bases y condiciones		

### Consulta 51 - ITEM 2 MONITOR MULTIPARAMETRICO PEDIATRICO /NEONATAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
En el punto 2.32 Solicitan "Modo de curvas fija 3,125; 6,25; 12,5 mm/s (OPCIONAL)"		
Sugerimos modifiquen este requerimiento solicitando Modo de curvas fija 6,25; 12,5 ; 25; 50 mm/s		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
Ajustarse al pliego de bases y condiciones		

### Consulta 52 - ITEM 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
En el punto 1.46 Solicitan: "Repetición del modo automático: 1 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 minutos."		
Solicitamos permitan cotizar equipos con Repetición del modo automático: 1 min, 2 min, 2,5 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h, 4 h, 8 h		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
Ajustarse al pliego de bases y condiciones		

### Consulta 53 - ITEM 2 MONITOR MULTIPARAMETRICO PEDIATRICO /NEONATAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
En el punto 2.46 Solicitan: "Repetición del modo automático: 1 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 minutos."		
Solicitamos permitan cotizar equipos con Repetición del modo automático: 1 min, 2 min, 2,5 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
Ajustarse al pliego de bases y condiciones		

### Consulta 54 - ITEM 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
En el punto 1.58 Solicitan: "Almacenamiento de 200 sucesos de alarmas."		
Solicitamos permitan cotizar equipos con almacenamiento de hasta 100 eventos de alarmas y ondas asociadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
Ajustarse al pliego de bases y condiciones		

### Consulta 55 - ITEM 2 MONITOR MULTIPARAMETRICO PEDIATRICO /NEONATAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
En el punto 2.60 Solicitan: "Almacenamiento de 200 sucesos de alarmas."		
Solicitamos permitan cotizar equipos con almacenamiento de hasta 100 eventos de alarmas y ondas asociadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
Ajustarse al pliego de bases y condiciones		

## Consulta 56 - ITEM 2 MONITOR MULTIPARAMETRICO PEDIATRICO /NEONATAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
En el punto 2.35 Solicitan: "Frecuencia respiratoria: Pediátrico de 0 a 120 rpm o mejor, Neonatal: de 0 a 150 rpm o mejor"		
Sugerimos SOLICITEN equipos con los siguientes Rangos:		
Frecuencia respiratoria: Pediátrico de 0 a 200 rpm o mejor, Neonatal: de 0 a 200 rpm o mejor"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
Ajustarse al pliego de bases y condiciones		

## Consulta 57 - ITEM 2 MONITOR MULTIPARAMETRICO PEDIATRICO /NEONATAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2018
En el punto 2.15 Solicitan "Los datos de paciente deberán poder transportarse en un dispositivo de almacenamiento genérico en formato HL7, para relevar datos de pacientes sin estar conectados a una central. El monitor deberá contar con conectividad al protocolo HL7."		
Solicitamos que la conectividad por medio del protocolo HL7 sea considerado opcional, permitiendo cotizar equipos con transferencia de datos a PC por medio de cables de RED		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
Ajustarse al pliego de bases y condiciones		

## Consulta 58 - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	06-02-2018
Solicitamos tengan a bien ampliar el plan de entregas a 90 días, debido a la cantidad de equipos solicitados. Generalmente en estos casos se realiza un pedido particular a las fábricas por no contar con esas cantidades en stock.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
Ajustarse al pliego de bases y condiciones		

## Consulta 59 - Item 2 - Monitor multiparamétrico pediátrico/neonatal

Consulta	Fecha de Consulta	06-02-2018
En el punto 2.35 Donde dice: Frecuencia respiratoria neonatal de 0 a 170 rpm, solicitamos se puedan cotizar equipos con frecuencia respiratoria neonatal de 0 a 120 rpm, en vista de que esto no afectaría la funcionalidad del monitor y daría oportunidad a más participantes en la licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2018
Ajustarse al pliego de bases y condiciones		