

## Consultas Realizadas

# Licitación 339740 - LPN SBE 15-18 ADQUISICION DE LOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 146/16 INSTRUMENTALES E INSUMOS PARA CAJA DE CRANEO PARA EL SERVICIO DE NEUROCIURUGIA

### Consulta 1 - Ítem 47 Legra neurológica

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
Legra periestal de CUSHING 16mm x 18 cm (+-2) ¿Se puede cotizar de 15mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
Se aclara que la variación +-2 en las medidas se refiere a que se puede cotizar de 14 a 18 mm x 16 a 20 cm.		

### Consulta 2 - Ítem 54 Disector neuroquirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
Set de microdisectores de Rhoton para aneurisma. ¿Podrían especificar que cantidad de microdisectores debe contener el set? Por lo general es un producto que viene por unidad, por ello necesitamos precisar la cantidad que debe ser entregada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
Se aclara que el set de Microdiscestores para Cirugías de Aneurismas Cerebrales puede variar entre 13 y 15 Disectores.		

### Consulta 3 - Ítem 56 Separador neurológico

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2018
Set retractor cerebral de Mikismon ¿Podrían especificar si la descripción Set está correcta? Este es un separador autoestático de 22cm 8 3/4", por lo que creemos que debe ser por unidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
Debe ofertarse por SET (donde los dientes vienen separados de la base del retractor).		

### Consulta 4 - Sección VII Anexo I punto F) 12.

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
Sección VII, Anexos No 1, F) Cualquier otro documento adicional requerido, punto 12. Copia autenticada de la habilitación vigente y listado de los productos habilitados, para importar y comercializar los productos ofertados, expedida por la Dirección de Establecimiento de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria del MSPyBS. Dicho documento es emitido únicamente por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, además el mismo es requerido en el punto 10., por lo que solicitamos la eliminación del presente punto 12		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 5.		

### Consulta 5 - Item 1 - CAJA METÁLICA PARA CORONARIA FENESTRADA (P/ AUTOCLAVE)

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
Donde Dice: ACERO INOXIDABLE. 30 X 20 X 10. CON VARIANTE DE (+)(-) 1 CM EN LAS MEDIDAS		
Se destaca que las medidas son ambiguas, poco claras. Favor definir mejor los tamaños solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
Se aclara que las medidas se refieren a 30 cm de Largo x 20 cm de ancho x 10 cm de alto y +- 1cm en las Medidas se refiere a que pueden variar de 29-31 x 19-21 x 9-11 cm.		

### Consulta 6 - Item 2 - CAJA METÁLICA C/ TAPA: CAJA METÁLICA C/TAPA 25 X 12 X 6

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
Donde Dice: CAJA METALICA C/TAPA 25x12x6 ACERO INOXIDABLE. CON VARIANTE DE (+)(-) 1 CM EN LAS MEDIDAS		
Se destaca que las medidas son ambiguas, poco claras. Favor definir mejor los tamaños solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
Se aclara que las medidas se refieren a 25 cm de Largo x 12 cm de ancho x 6 cm de alto y +- 1cm en las Medidas se refiere a que pueden variar de 24-26 x 11-13 x 7-8 cm.		

### Consulta 7 - Item 3 - CAJA METÁLICA C/ TAPA: CAJA METÁLICA C/TAPA 28 X 14 X 6 CM

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
Donde Dice: CAJA METALICA C/TAPA 28x14x6 CMS ACERO INOXIDABLE. CON VARIANTE DE (+)(-) 1 CM EN LAS MEDIDAS		
Se destaca que las medidas son ambiguas, poco claras. Favor definir mejor los tamaños solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
Se aclara que las medidas se refieren a 28 cm de Largo x 14 cm de ancho x 6 cm de alto y +- 1cm en las Medidas se refiere a que pueden variar de 27-29 x 13-15 x 5-7 cm.		

### Consulta 8 - Item 4 - CAJA METÁLICA C/ TAPA: CAJA METÁLICA C/TAPA 34 X 16 X 7 CM

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
Donde Dice: ACERO INOXIDABLE 34 X 16 X 7 CM, VARIANTE + - 3 CM EN MEDIDAS.-		
Se destaca que las medidas son ambiguas, poco claras. Favor definir mejor los tamaños solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
Se aclara que las medidas se refieren a 34 cm de Largo x 16 cm de ancho x 7 cm de alto y + - 3cm en las Medidas se refiere a que pueden variar de 31-37 x 13-19 x 4-10 cm.		

### Consulta 9 - Item 5 - MANGO DE BISTURÍ: MANGO DE BISTURÍ Nº 3 DE 18 CM.

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
Se solicita abrir los rangos en cuanto a las medidas del Instrumental, teniendo en cuenta que la solicitada está direccionada exclusivamente a un Fabricante Internacional, aunque, existen varios otros proveedores que fabrican en diferentes medidas con similar calidad y optimos resultados en la utilizacion de equipos como el solicitado.		
Se sugiere: MANGO DE BISTURÍ: MANGO DE BISTURÍ Nº 3 de 18 cm +-2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 10 - Item 6 - MANGO DE BISTURÍ: MANGO DE BISTURÍ Nº 4 DE 12 CM

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
Se solicita abrir los rangos en cuanto a las medidas del Instrumental, teniendo en cuenta que la solicitada está direccionada exclusivamente a un Fabricante Internacional, aunque, existen varios otros proveedores que fabrican en diferentes medidas con similar calidad y optimos resultados en la utilizacion de equipos como el solicitado.		
Se sugiere: MANGO DE BISTURÍ: MANGO DE BISTURÍ Nº 4 de 12 cm +-2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 11 - Item 7 - MANGO DE BISTURÍ: MANGO DE BISTURÍ Nº 4 DE 18 CM

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
Se solicita abrir los rangos en cuanto a las medidas del Instrumental, teniendo en cuenta que la solicitada está direccionada exclusivamente a un Fabricante Internacional, aunque, existen varios otros proveedores que fabrican en diferentes medidas con similar calidad y optimos resultados en la utilizacion de equipos como el solicitado.		
Se sugiere: MANGO DE BISTURÍ: MANGO DE BISTURÍ Nº 4 de 18 cm +-4		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 12 - Item 15 - PINZA ANATÓMICA: PINZA ANATÓMICA C/DIENTE 22 CM

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
Donde Dice: DE ACERO INOXIDABLE SANITARIO. CON VARIANTE DE (+)(-) 1 CM EN LAS MEDIDAS		
Se solicita abrir los rangos en cuanto a las medidas del Instrumental, teniendo en cuenta que la solicitada está direccionada exclusivamente a un Fabricante Internacional, aunque, existen varios otros proveedores que fabrican en diferentes medidas con similar calidad y optimos resultados en la utilizacion de equipos como el solicitado.		
Se sugiere: PINZA ANATÓMICA: PINZA ANATÓMICA C/DIENTE 22 CM +-2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 13 - Item 21 - PINZA ANATÓMICA: PINZA ANATÓMICA CON DIENTE DE TITANIO PARA MICROQUIRUGÍAS 16 A 18 CM

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
Para una mayor parcticipacion de oferentes solicitamos ampliar los rangos en cuanto a las medidas del Instrumental		
Se sugiere: PINZA ANATOMICA MICROQUIRURGICA DE TITANIO de 17cm +-2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 14 - Item 45 - FRESA QUIRÚRGICA: FRESA OVAL PARA TREPANO DE HUDSON DE 13 MM

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
Se solicita abrir los rangos en cuanto a las medidas del Instrumental, teniendo en cuenta que la solicitada está direccionada exclusivamente a un Fabricante Internacional, aunque, existen varios otros proveedores que fabrican en diferentes medidas con similar calidad y optimos resultados en la utilizacion de equipos como el solicitado.		
Se sugiere: FRESA QUIRÚRGICA: FRESA OVAL PARA TREPANO DE HUDSON DE 13 MM +-1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones.		
Se aclara que la a fresa solicitada es un accesorio del Trepano de Hudson existente en el Servicio, existen de varias medidas y la que el Servicio necesita es la de 13 mm.		

### Consulta 15 - Item 49 - TIJERA PARA NEUROCIRUGÍA: MICROTIJERA EN BAYONETA RECTA LONG. 16 (+ - 2 CM)

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
Se solicita incluir de acero quirurgico o titanio, para permitir mayor participación de oferente, ya que existen proveedores que fabrican en diferentes medidas con similar calidad y optimos resultados en la utilizacion de equipos como lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que se solicita solo Titanio porque estas tijeras serán destinadas exclusivamente a las Microcirugías de Aneurismas cerebrales donde el peso de la tijera es de vital importancia - Ya en el ítem 50 se piden del mismo tamaño y pueden ser de acero.		

### Consulta 16 - Item 50 - TIJERA PARA NEUROCIRUGÍA: MICROTIJERA EN BAYONETA CURVA ARRIBA (LONG. 16 + - 2 CM)

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
Se solicita incluir de acero quirurgico o titanio, para permitir mayor participación de oferentes, ya que existen proveedores que fabrican en diferentes medidas con similar calidad y optimos resultados en la utilizacion de equipos como lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 17 - Item 51 - TIJERA PARA NEUROCIRUGÍA: MICROTIJERA EN BAYONETA CURVA ABAJO (LONG. 20 + - 2 CM)

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
Se solicita incluir de acero quirurgico o titanio, para permitir mayor participación de oferente, ya que existen proveedores que fabrican en diferentes medidas con similar calidad y optimos resultados en la utilizacion de equipos como lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 18 - Item 58 - PINZA PARA CUERPOS EXTRAÑOS

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
Para una mayor participacion de oferentes solicitamos ampliar los rangos en cuanto a las medidas del Instrumental, teniendo en cuenta que lo solicitado está direccionado exclusivamente a un Fabricante Internacional, aunque, existen varios otros proveedores que fabrican en diferentes medidas con similar calidad y optimos resultados en la utilizacion de equipos como el solicitado. Se sugiere: PINZA PARA CUERPOS EXTRAÑOS: PINZA P/PEQUEÑOS TUMORES Y CUERPOS EXTRAÑOS BLANDOS, ABERTURA BILATERAL, DIAM. DE VAINA 2,5 MM +-1, LONG DE 50 CM +-30		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 19 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Item 1 - CAJA METÁLICA PARA CORONARIA FENESTRADA: CAJA METÁLICA PARA CORONARIA FENESTRADA (P/ AUTOCLAVE) - Solicitamos a la convocante modificar la variacion de medida a +/- 5 cm para asi dar mayor participacion a oferentes y fomentar la libre competencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que ya tiene la variación en tamaño que sería de utilidad al Servicio		

## Consulta 20 - F) Cualquier otro documento adicional requerido.

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
Donde dice: 1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en provision de Instrumentales e Insumos para Neurocirugía a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2013 2014 2015 2016-2017 y que el volumen de negocio en su totalidad sea igual o superior al 50% . Consulta: Solicitamos a la convocante Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado Instrumentales Medicos e Insumos Medicos como se solicita en el llamado a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2013 2014 2015 2016-2017 y que el volumen de negocio en su totalidad sea igual o superior al 50% .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 21 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Item 2 - CAJA METÁLICA C/ TAPA: CAJA METÁLICA C/TAPA 25 X 12 X 6. - Solicitamos a la convocante modificar la variacion de medida a +/- 5 cm para asi dar mayor participacion a oferentes y fomentar la libre competencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que ya tiene la variación en tamaño que sería de utilidad al Servicio.		

## Consulta 22 - Item 1 - CAJA METÁLICA PARA CORONARIA FENESTRADA (P/ AUTOCLAVE)

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2018
Solicitamos a la convocante modificar el rango de variacion a +/- 5 cm para asi dar lugar a mas oferentes y fomentar la libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que ya tiene la variación en tamaño que sería de utilidad al Servicio.		

**Consulta 23 - Item 2 - CAJA METÁLICA C/ TAPA: CAJA METÁLICA C/TAPA 25 X 12 X 6**

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	15-03-2018
Solicitamos a la convocante modificar el rango de variación a +/-5cm para permitir la presentación de más oferentes y fomentar la libre competencia		

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que ya tiene la variación en tamaño que sería de utilidad al Servicio.		

**Consulta 24 - Item 3 - CAJA METÁLICA C/ TAPA: CAJA METÁLICA C/TAPA 28 X 14 X 6 CM**

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	15-03-2018
Solicitamos a la convocante modificar el rango de variación a +/-5cm para permitir la presentación de más oferentes y fomentar la libre competencia		

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que ya tiene la variación en tamaño que sería de utilidad al Servicio		

**Consulta 25 - Item 4 - CAJA METÁLICA C/ TAPA: CAJA METÁLICA C/TAPA 34 X 16 X 7 CM**

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	15-03-2018
Solicitamos a la convocante modificar el rango de variación a +/-5cm para permitir la presentación de más oferentes y fomentar la libre competencia		

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que ya tiene la variación en tamaño que sería de utilidad al Servicio		

**Consulta 26 - Item 15 - PINZA ANATÓMICA: PINZA ANATÓMICA C/DIENTE 22 CM**

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	15-03-2018
Solicitamos a la convocante modificar el rango de variación a +/-2 cm para así permitir la participación de más oferentes y fomentar la libre participación.		

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que el tamaño de la pinza puede ir de 20 a 24 cm por tanto ya tiene un rango de variación por lo que no puede estar direccionada a una sola empresa, y es en dichos tamaños que el Servicio necesita		

## Consulta 27 - Solicitud de certificados y acta de recepcion final

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	15-03-2018
Sugerimos a la convocante solicitar 3 (tres) certificados o actas de recepcion final de Instrumentales y/o Implantes y/o Insumos para caja de craneo donde conste el desempeño satisfactorio. Para permitir mayor cantidad de oferentes.		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	24-04-2018
El Oferente deberá ajustarse a lo Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que dependiendo de la oferta podrían presentarse certificados o actas de recepción final de Instrumentales y/o Insumos.		