

Consultas Realizadas

Licitación 340418 - LPN SBE 30-18 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL

Consulta 1 - ITEM N° 42: KIT DE TROCAR PARA CVL

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2018
Donde dice: El Kit incluye dos cánulas y un trocar, Estéril, descartable.		
Se consulta: Se solicita a la convocante, definir o aclarar a que se refiere con dos cánulas y un trocar. Al mencionar cánula se refiere a la Vaina del Trocar? Cuando menciona trocar se refiere al Punzón?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2018
Se aclara que la cánula se refiere a la vaina de trocar y trocar se refiere al punzón.		